

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
DPTO. DE INGENIERIA BIOMEDICA E IMÁGENES
Dr. Cecilio Báez c/Dr. Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

DICTAMEN TÉCNICO

San Lorenzo, 26 de abril de 2024

Ref.: "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO SPECT-CT-PET DEL IICS UNA"

Señor Director:

Que, conforme a lo establecido en los artículos 25 y 45 de la Ley N° 7021/22; se establecen las siguientes especificaciones técnicas requeridas que son objeto de la convocatoria a Contratación por Vía de la Excepción para la "Contratación de Servicio de Mantenimiento preventivo del Equipo SPECT-CT-PET del IICS UNA":

| Item | Nombre de los bienes o servicios | Especificaciones técnicas y normas | Unidad de medida | Cantidad | Presentacion |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|
| 1 | Mantenimiento preventivo para Nucline AnyScan SPECT-CT-PET, S/N: AS-301095-SCP. | -Mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica. - -Soporte técnico remoto de fábrica sin límites, sobre distintos medios de internet, y/o con tickets en el portal de servicio de Mediso hasta el 31 de diciembre de 2025 - Actualizaciones de software, según disponibilidad, para Nucline, InterviewXP, e Interview Fusion.. | Unidad | 2 | Evento |

Que la contratación surge a partir de la necesidad de mantenimiento preventivo del equipo trimodal PET/CT/SPECT del IICS instalado en el Dpto. de Ingeniería Biomédica e Imágenes, para garantizar el funcionamiento óptimo del único servicio de medicina nuclear del sector público en el país y realizar la prestación de servicios de gammagrafía y de exploración por tomografía por emisión de positrones, así como de tomografía computarizada a pacientes que acuden a la institución para la realización de estudios especializados

Que las especificaciones técnicas fueron establecidas en base a las características del radiofármaco que se precisa para la realización de los estudios especializados mencionados anteriormente.



Ronald Rivas Coluchi
Prof. Lic. Ronald Rivas Coluchi, MSc
Jefe de Dpto. IBI-IICS