

Asunción, 18 de agosto de 2025

Señor:  
Dr. Juan Agustín Encina, Director  
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas  
Presente

Referente: LPN Nº 71/2025 – "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA CUARTA REGIÓN SANITARIA GUAIRA" - ID Nº: 465.894.

De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a Usted, en referencia a las observaciones realizadas, a la licitación mencionada más arriba, a fin de evacuar las dudas y responder los puntos requeridos, adjuntando las respuestas de la unidad requirente mediante NOTA DGGIES DG Nº 4790/2025 y del Dpto. de Planificación y Presupuesto:

Dice la DNCP

Descripción: LOTE 9 \* EN RELACION A LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA "Debe incluir controles, calibradores y consumibles necesarios para cada Kit. Se deberá incluir todos sus accesorios (gradillas, tubos, papel para informe, tinta, computadora, impresora, etiqueta de código de barras, impresora de código de barras, cable, estabilizadores de corriente (UPS) y todos los consumibles necesarios según determinaciones solicitadas." PODRIAN GENERAR CONFUSIONES Y AMBIGUEDADES. SI DEBEN TENER UN VALOR MONETARIO DETALLAR, CODIFICAR, CUANTIFICAR Y COTIZAR POR SEPARADO DE LOS BIENES REQUERIDOS Y DEL COMODATO, DE NO SER ASI ESTABLECER DE MANERA CLARA Y OBJETIVA.

Descargo

Se realizan las correcciones correspondientes conforme a la respuesta de la unidad requirente.

Dice la DNCP

Descripción: LOTE 10 \* ITEM 6: EN RELACION A LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA "Se deberá incluir todo lo necesario para la obtención del resultado final de la fracción HDL - Colesterol." PODRIAN GENERAR CONFUSIONES Y AMBIGUEDADES. SI DEBEN TENER UN VALOR MONETARIO DETALLAR, CODIFICAR, CUANTIFICAR Y COTIZAR POR SEPARADO DE LOS BIENES REQUERIDOS Y DEL COMODATO, DE NO SER ASI ESTABLECER DE MANERA CLARA Y OBJETIVA.

Descargo

Se realizan las correcciones correspondientes conforme a la respuesta de la unidad requirente.

Dice la DNCP

Descripción: LOTE 28 \* ITEM 1: EN RELACION A LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA " La presentación debe incluir parámetros de referencia de intervalos de lectura, límite de detección práctico y exactitud." PODRIAN GENERAR CONFUSIONES Y AMBIGUEDADES. SI DEBEN TENER UN VALOR MONETARIO DETALLAR, CODIFICAR, CUANTIFICAR Y COTIZAR POR SEPARADO DE LOS BIENES REQUERIDOS Y DEL COMODATO, DE NO SER ASI ESTABLECER DE MANERA CLARA Y OBJETIVA.

Descargo

Se realizan las correcciones correspondientes conforme a la respuesta de la unidad requirente.

Dice la DNCP  
Descripción: LOTE 42 \* ITEM 1: EN RELACION A LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA " Con acelerante y/o gel ESTABLECER ESPECIFICACIONES TECNICAS COMO ALTERNATIVOS CON CARACTERISTICAS TECNICAS

Lic. Fabián Acuña  
Jefe

Dpto. de Licitaciones - DDC

DIFERENTES, PODRIAN GENERAR CONFUSION Y AMBIGUEDADES, INCIDIR EN EL PRECIO UNITARIO Y NO PERMITIRIA IDENTIFICAR PLENAMENTE EL BIEN ADJUDICADO.

Descargo

Se realizan las correcciones correspondientes conforme a la respuesta de la unidad requirente.

Dice la DNCP

Descripción: LOTE 56 \* ITEM 1: EN RELACION A LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA " o de dacrón, poliéster u otro material sintético" ESTABLECER ESPECIFICACIONES TECNICAS COMO ALTERNATIVOS CON CARACTERISTICAS TECNICAS DIFERENTES, PODRIAN GENERAR CONFUSION Y AMBIGUEDADES, INCIDIR EN EL PRECIO UNITARIO Y NO PERMITIRIA IDENTIFICAR PLENAMENTE EL BIEN ADJUDICADO CUESTIONES GENERALES \* LO ESTABLECIDO "Se establece que la oferta deberá incluir equipo informático completo..." PODRIAN GENERAR CONFUSIONES Y AMBIGUEDADES. SI DEBEN TENER UN VALOR MONETARIO DETALLAR, CODIFICAR, CUANTIFICAR Y COTIZAR POR SEPARADO DE LOS BIENES REQUERIDOS Y DEL COMODATO, DE NO SER ASI ESTABLECER DE MANERA CLARA Y OBJETIVA.

Descargo

Se realizan las correcciones correspondientes conforme a la respuesta de la unidad requirente.

Dice la DNCP

Descripción: LOTE 2 \* EN RELACION A LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA " Se debe ofrecer mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica" PODRIA GENERAR CONFUSION Y AMBIGUEDAD. SI DEBEN TENER UN VALOR MONETARIO DETALLAR, CODIFICAR, CUANTIFICAR Y COTIZAR POR SEPARADO DE LOS BIENES REQUERIDOS Y DEL COMODATO, DE NO SER ASI ESTABLECER DE MANERA CLARA Y OBJETIVA.

Descargo

Se realizan las correcciones correspondientes conforme a la respuesta de la unidad requirente.

Dice la DNCP

Descripción: LOTE 4 \* EN RELACION A LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA " Se debe ofrecer mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica". "Con 4 (cuatro) equipos informáticos completos (incluido impresoras para papel) con software de gestión". PODRIAN GENERAR CONFUSIONES Y AMBIGUEDADES. SI DEBEN TENER UN VALOR MONETARIO DETALLAR, CODIFICAR, CUANTIFICAR Y COTIZAR POR SEPARADO DE LOS BIENES REQUERIDOS Y DEL COMODATO, DE NO SER ASI ESTABLECER DE MANERA CLARA Y OBJETIVA.

Descargo

Se realizan las correcciones correspondientes conforme a la respuesta de la unidad requirente.

Dice la DNCP

Descripción: LOTE 13 \* ITEM 1: EN RELACION A LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA. "Debe incluir buffer si la técnica lo requiere". PODRIAN GENERAR CONFUSIONES Y AMBIGUEDADES. SI DEBEN TENER UN VALOR MONETARIO DETALLAR, CODIFICAR, CUANTIFICAR Y COTIZAR POR SEPARADO DE LOS BIENES REQUERIDOS Y DEL COMODATO, DE NO SER ASI ESTABLECER DE MANERA CLARA Y OBJETIVA.

Descargo

Conforme a la respuesta de la unidad requirente, se realizan las correcciones correspondientes.

Descripción: LOTE 19 \* ITEM 1: EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS EL BIEN REQUERIDO " TIRAS REACTIVAS PARA LEISHMANIASIS" ES INCONSISTENTE CON EL BIEN ESTABLECIDO EN EL PBC "TEST DE EMBARAZO-HCG Y CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS". DEFINIR EL BIEN REQUERIDO; UTILIZAR EL CODIGO DE CATALOGO CORRECTO.

Lic. Fabián Carralero  
Jefe  
Dpto. de Licitaciones - DOC  
M.S.P. y B.S.

Descargo

Se realizan las correcciones correspondientes.

Dice la DNCP

**Descripción:** Solicitamos a la convocante remitir la planilla de precios Referencial (con el dictamen de costo), en forma ordenada (donde se visualice cada lote con todos los ítems que le corresponde) para la verificación con la planilla del SICP.

Descargo

Se remite lo solicitado.

Esperando, haber disipado las dudas observadas por el Órgano Regulador de las Compras Gubernamentales, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy cordialmente.



Lic. Fabián Acuña, Jefe  
Departamento de Licitaciones



Lic. Laura Ojeda, Directora  
Dirección Operativa de Contrataciones

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD

MSPyBS/DGGIES/DG N° 4790 /2025  
SIMESE N° 191028/2024

Asunción, 14 de agosto de 2025

Señora  
**LIC. LAURA MARÍA LETICIA OJEDA NÚÑEZ, DIRECTORA**  
**DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES**  
**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**  
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en atención a la NOTA DLIC-DOC N° 2035/25 mediante la cual remiten las observaciones realizadas por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) en el marco del proceso licitatorio LPN N° 71/2025 – “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA CUARTA REGIÓN SANITARIA GUAIRA” – ID N° 465894.

Se remite adjunto el MEMORÁNDUM DGGIES/DPURM N° 990/2025 emitido por la Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos, que contiene las respuestas a dichas observaciones, con el fin de dar continuidad a los trámites correspondientes.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para expresarle los más atentos saludos

  
**Lic. José María Blanco**  
Director Administrativo  
D.G.G.I.E.S.



  
**Ing. Luis Matías Latorre**  
Director General  
D.G.G.I.E.S.

**Dr. Saúl Recalde Ortiz**  
Viceministro  
Ministerio de Atención Integral a la Salud  
y Bienestar Social  
M.S.P. y B.S.

*A. Licha Rojas*

**LIC. LIZADUARTE**, Jefa  
Unidad de Gestión Documental  
Dirección Operativa de Contrataciones  
MSPyBS

14 AGO. 2025  
191028/24 17:56  
Pina

**AGRIPINA VERA**  
Dpto. de Licitaciones  
UOC N° 1 Nivel Central  
DGCOC - MSP y BS  
DA/DC/SA/bg

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
**MARIA MERCEDES BENITEZ**  
RECIBIDO:  
msp (BS - DOC)  
14 AGO. 2025  
HORA: 17:02  
191028/24  
FORMA: 3

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS  
DEPARTAMENTO DE REACTIVOS

**MEMORANDUM DGGIES/DPURM N° 990/2025**

**SIMESE N° 191.028/2024**

A: **Lic. José Blanco, Director**  
Dirección Administrativa - DGGIES

De: **QF Graciela Valenzuela, Directora**  
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Asunto: **OBSERVACIONES DE LA DNCP- LPN N° 71/2025 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA CUARTA REGION SANITARIA GUAIRA" ID 465.894**

Fecha: 08 de agosto de 2025

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio donde corresponda, en relación a la Nota DLIC-DOC N° 2035/2025, proveniente del Departamento de Licitaciones, dependiente de la Dirección Operativa de Contrataciones, donde remiten observaciones realizadas por la DNCP en referencia al proceso LPN N° 71/2025 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA CUARTA REGION SANITARIA GUAIRA" ID 465.894

**CONSULTA 1**

LOTE 9 \* EN RELACION A LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA " Debe incluir controles, calibradores y consumibles necesarios para cada Kit. Se deberá incluir todos sus accesorios (gradillas, tubos, papel para informe, tinta, computadora, impresora, etiqueta de código de barras, impresora de código de barras, cable, estabilizadores de corriente (UPS) y todos los consumibles necesarios según determinaciones solicitadas." PODRIAN GENERAR CONFUSIONES Y AMBIGUEDADES. SI DEBEN TENER UN VALOR MONETARIO DETALLAR, CODIFICAR, CUANTIFICAR Y COTIZAR POR SEPARADO DE LOS BIENES REQUERIDOS Y DEL COMODATO, DE NO SER ASI ESTABLECER DE MANERA CLARA Y OBJETIVA.

QF Graciela Valenzuela  
Directora  
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos  
DGGIES - MSP/BS



MSP/BS - DGGIES - DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Fecha: **11 AGO 2025** Número N°: **191028**  
Hora: **09:30** Firma: **Josana**

<input type="checkbox"/> Dirección de Planificación	<input type="checkbox"/> Asesoría Jurídica
<input type="checkbox"/> Dirección de Gestión Logística	<input type="checkbox"/> Asesoría y Asistencia Técnica
<input type="checkbox"/> Dirección de Informática	<input type="checkbox"/> Unidad de Control Interno
<input type="checkbox"/> Contratación	<input checked="" type="checkbox"/> Dpto. de Contrataciones
<input type="checkbox"/> Dpto. Administrativo	<input type="checkbox"/> Dpto. de Reactivos
<input type="checkbox"/> Dpto. de Finanzas	

Josana  
Licenciada en Administración  
DGGIES - MSP/BS



**DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE REACTIVOS**

LOTE 9 ÍTEM 1 - LO CARGADO EN EL PBC

	9 1 Tiras Reactivas de Orina	<p>EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO EN COMODATO PARA EL ANALISIS DE ORINA. Deberá ser conectado al software de gestión del laboratorio, con lector de código de barras. (El costo de la conexión será a cuenta del proveedor adjudicado para el presente lote) Debe contar con el módulo lector de tiras reactivas y el analizador de sedimento de la orina. El módulo de carga debe tener capacidad de por lo menos 50 muestras, la carga debe ser continua de muestras de orina. Debe empezar a funcionar automáticamente tras la carga de la rutina o de las muestras prioritarias. El módulo de carga debe tener un rendimiento mínimo 50 muestras/hora con el análisis con tiras reactivas y con el análisis de sedimento. Las tiras que utiliza deben ser para detección de 10 parámetros como mínimo tales como: pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, sangre, densidad, aspecto, color, turbidez. El rendimiento total del módulo analizador de sedimento debe capturar, mostrar, guardar e informar resultados de la muestra, utilizar consumibles desechables. Debe tener abierta la función clasificación para que el operador pueda definir reclasificar cualquier partícula. Debe ser capaz de detectar o cuantificar por lo menos 5 elementos tales como: hematíes, leucocitos, células epiteliales, bacterias, cilindros, cristales, levaduras, filamentos mucosos, espermatozoides, tricomonas. Debe incluir controles, calibradores y consumibles necesarios para cada Kit. Se deberá incluir todos sus accesorios (gradillas, tubos, papel para informe, tinta, computadora, impresora, etiqueta de código de barras, impresora de código de barras, cable, estabilizadores de corriente (UPS) y todos los consumibles necesarios según determinaciones solicitadas. El proveedor deberá suministrar todos los insumos y reactivos necesarios para la puesta en funcionamiento del equipo, además brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel. Los Equipos, Reactivos e Insumos deberán ser entregados e instalados en: - Hospital Distrital Independencia, - Centro de Salud José Ignacio Iturbe, - Policlínico San Miguel</p> <p>Total: 3 (tres) equipos en comodato.</p>	Unidad
--	------------------------------	--	--------

**RESPUESTA**

**SE SOLICITA EL CAMBIO DEL PBC, DEBE DECIR:**

**EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO EN COMODATO PARA EL ANALISIS DE ORINA.**

Deberá ser conectado al software de gestión del laboratorio, con lector de código de barras. (El costo de la conexión será a cuenta del proveedor adjudicado para el presente lote)

Debe contar con el módulo lector de tiras reactivas y el analizador de sedimento de la orina.

El módulo de carga debe tener capacidad de por lo menos 50 muestras, la carga debe ser continua de muestras de orina. Debe empezar a funcionar automáticamente tras la carga de la rutina o de las muestras prioritarias.

El módulo de carga debe tener un rendimiento mínimo 50 muestras/hora con el análisis con tiras reactivas y con el análisis de sedimento.

Las tiras que utiliza deben ser para detección de 10 parámetros como mínimo tales como: pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, sangre, densidad, aspecto, color, turbidez.

El rendimiento total del módulo analizador de sedimento debe capturar, mostrar, guardar e informar resultados de la muestra, utilizar consumibles desechables. Debe tener abierta la función clasificación para que el operador pueda definir reclasificar cualquier partícula. Debe ser capaz de detectar o cuantificar por lo menos 5 elementos tales como: hematíes, leucocitos, células epiteliales, bacterias, cilindros, cristales, levaduras, filamentos mucosos, espermatozoides, tricomonas.

**Controles, calibradores y consumibles necesarios para cada Kit ESTARA A CARGO DEL**

OH, Graciele Volante  
 DGGIES - MSP/ES  
 Y Uso Racional de Medicamentos





DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS  
DEPARTAMENTO DE REACTIVOS

**PROVEEDOR ASI COMO todos sus accesorios (gradillas, tubos, papel para informe, tinta, computadora, impresora, etiqueta de código de barras, impresora de código de barras, cable, estabilizadores de corriente (UPS) y todos los consumibles necesarios según determinaciones solicitadas.**

El proveedor deberá suministrar todos los insumos y reactivos necesarios para la puesta en funcionamiento del equipo, además brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel.

Los Equipos, Reactivos e Insumos deberán ser entregados e instalados en:

- Hospital Distrital Independencia,
- Centro de Salud José Ignacio --  
Iturbe,
- Policlínico San Miguel

Total: 3 (tres) equipos en comodato.

**CONSULTA 2**

\*LOTE 10 ÍTEM 6: EN RELACION A LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA "Se deberá incluir todo lo necesario para la obtención del resultado final de la fracción HDL - Colesterol." PODRIAN GENERAR CONFUSIONES Y AMBIGUEDADES. SI DEBEN TENER UN VALOR MONETARIO DETALLAR, CODIFICAR, CUANTIFICAR Y COTIZAR POR SEPARADO DE LOS BIENES REQUERIDOS Y DEL COMODATO, DE NO SER ASI ESTABLECER DE MANERA CLARA Y OBJETIVA.

LOTE 10 ÍTEM 6 – LO CARGADO EN EL PBC

10	6	HDL colesterol	Precipitación / Colorimétrico punto final. Se deberá incluir todo lo necesario para la obtención del resultado final de la fracción HDL - Colesterol. Presentación de entrega: mínimo 80 y máximo de 400 determinaciones por presentación.	Unidad
----	---	-------------------	---	--------

**RESPUESTA**

**SE SOLICITA EL CAMBIO DEL PBC, DEBE DECIR:**

Precipitación / Colorimétrico punto final. **Se deberá incluir todos los reactivos necesarios** para la obtención del resultado final de la fracción HDL - Colesterol.

Presentación de entrega: mínimo 80 y máximo de 400 determinaciones por presentación.

**CONSULTA 3**

*[Red stamp and signature]*  
DGGIES  
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD



**DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE REACTIVOS**

\*LOTE 28 \* ÍTEM 1: EN RELACION A LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA " La presentación debe incluir parámetros de referencia de intervalos de lectura, límite de detección práctico y exactitud." PODRIAN GENERAR CONFUSIONES Y AMBIGUEDADES. SI DEBEN TENER UN VALOR MONETARIO DETALLAR, CODIFICAR, CUANTIFICAR Y COTIZAR POR SEPARADO DE LOS BIENES REQUERIDOS Y DEL COMODATO, DE NO SER ASI ESTABLECER DE MANERA CLARA Y OBJETIVA.

LOTE 28 ÍTEM 1 – LO CARGADO EN EL PBC

281	Tiras Reactivas de Orina	Tiras reactivas para la determinación simultánea <u>semicuantitativa</u> en orina mediante lectura visual: <u>densidad</u> , pH, leucocitos, nitritos, <u>proteínas</u> , glucosa, cetonas, <u>urobilinógeno</u> , bilirrubina y sangre. La presentación debe incluir parámetros de referencia de intervalos de lectura, límite de detección práctico y exactitud. El inserto del reactivo debe estar traducido al idioma español.	Unidad
-----	--------------------------	--	--------

**RESPUESTA**

SE SOLICITA EL CAMBIO DEL PBC, DEBE DECIR:

Tiras reactivas para la determinación simultánea semicuantitativa en orina mediante lectura visual: densidad, pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cetonas, urobilinógeno, bilirrubina y sangre, con parámetros de referencia de intervalos de lectura, límite de detección práctico y exactitud. El inserto del reactivo debe estar traducido al idioma español.

**CONSULTA 3**

\*LOTE 42 \* ÍTEM 1: EN RELACION A LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA " Con acelerante y/o gel" ESTABLECER ESPECIFICACIONES TECNICAS COMO ALTERNATIVOS CON CARACTERISTICAS TECNICAS DIFERENTES, PODRIAN GENERAR CONFUSION Y AMBIGUEDADES, INCIDIR EN EL PRECIO UNITARIO Y NO PERMITIRIA IDENTIFICAR PLENAMENTE EL BIEN ADJUDICADO.

LOTE 42 ÍTEM 1 – LO CARGADO EN EL PBC

421	Separador de Suero	TUBOS DE PLÁSTICO SEPARADORES DE SUERO PARA QUÍMICA. Con <u>acelerante y/o gel</u> . En polipropileno transparente. Tubos para extracción sanguínea con tampones de goma pre-perforado y <u>perforable</u> . <u>Volumen de muestra mínima 1,5 a 10 ml.</u>	unidad
-----	--------------------	--	--------

**RESPUESTA**

SE SOLICITA EL CAMBIO DEL PBC, DEBE DECIR:

TUBOS SEPARADORES DE SUERO PARA QUÍMICA. Con acelerante y gel. En polipropileno transparente. Tubos para extracción sanguínea con tampones de goma pre-perforado y perforable. Volumen de muestra mínima 1,5 a 10 mL

*[Red stamp and signature]*  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS  
DGGIES (SP) PBC





**DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE REACTIVOS**

**CONSULTA 4**

\*LOTE 56 \* ITEM 1: EN RELACION A LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA " o de dacrón, poliéster u otro material sintético" ESTABLECER ESPECIFICACIONES TECNICAS COMO ALTERNATIVOS CON CARACTERISTICAS TECNICAS DIFERENTES, PODRIAN GENERAR CONFUSION Y AMBIGUEDADES, INCIDIR EN EL PRECIO UNITARIO Y NO PERMITIRIA IDENTIFICAR PLENAMENTE EL BIEN ADJUDICADO CUESTIONES GENERALES \* LO ESTABLECIDO "Se establece que la oferta deberá incluir equipo informático completo..." PODRIAN GENERAR CONFUSIONES Y AMBIGUEDADES. SI DEBEN TENER UN VALOR MONETARIO DETALLAR, CODIFICAR, CUANTIFICAR Y COTIZAR POR SEPARADO DE LOS BIENES REQUERIDOS Y DEL COMODATO, DE NO SER ASI ESTABLECER DE MANERA CLARA Y OBJETIVA.

LOTE 56 ÍTEM 1 – LO CARGADO EN EL PBC

561	Equipo para Toma de Muestra	Equipo para toma de muestra. Contenido 2 mL como mínimo, medio de transporte líquido, estéril, para virus. Para transporte de muestras virales, con mínimo 1 (un) hisopo de poliéster u otro material sintético (no algodón) y palillo plástico. El tubo debe tener fondo cónico, estéril, sin carbón activado.	unidad
-----	-----------------------------	---	--------

**RESPUESTA**

**SE SOLICITA EL CAMBIO DEL PBC, DEBE DECIR:**

Equipo para toma de muestra. Contenido 2 mL como mínimo, medio de transporte líquido, estéril, para virus. Para transporte de muestras virales, con mínimo 1 (un) hisopo de poliéster (no algodón) y palillo plástico. El tubo debe tener fondo cónico, estéril, sin carbón activado.

**CONSULTA 5**

LOTE 2 \* EN RELACION A LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA " Se debe ofrecer mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica" PODRIA GENERAR CONFUSION Y AMBIGUEDAD. SI DEBEN TENER UN VALOR MONETARIO DETALLAR, CODIFICAR, CUANTIFICAR Y COTIZAR POR SEPARADO DE LOS BIENES REQUERIDOS Y DEL COMODATO, DE NO SER ASI ESTABLECER DE MANERA CLARA Y OBJETIVA.

LOTE 2 – LO CARGADO EN EL PBC

1	Anti-transglutaminasa usular IgA	Método CLIA o ELISA totalmente Automatizado. Con provision de 1 (un) equipo totalmente automatizado en comodato. El reactivo deberá ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos requeridos. Se debe ofrecer mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica. El equipo no deberá tener más de 5 (cinco) años de fabricación. La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor, quien debe chequear previamente la instalación eléctrica, sistema de eliminación de residuos (cañería desagüe) del laboratorio y adecuar las condiciones de climatización, respetando las normas de bioseguridad vigente para su adecuación según las necesidades del equipo y con el personal de mantenimiento del servicio adjudicado.	Unidad	215	Anti SCL-70	Unidad
2	Anti-Transglutaminasa tisular IgG		Unidad	216	Anticuerpo Anti Histona	Unidad
3	Anti-gludina Desaminada (DGP-A)		Unidad	217	Anti-Centromero	Unidad
4	Anti-gludina Desaminada (DGP-G)		Unidad	218	C-angca	Unidad
5	Dosaje de anticuerpo anticardiolipina IgG		Unidad	219	P-angca	Unidad
6	Dosaje de anticuerpo anticardiolipina IgM		Unidad	220	CCP	Unidad
7	Anti SS-a (Ro)		Unidad	221	Herpes 1 y 2 IgG reactivo	Unidad
8	Anti SS-b (La)		Unidad	222	Herpes 1 y 2 IgM reactivo	Unidad
9	Anticuerpo Anti Rib P		Unidad	223	Dosaje de anticoagulante lupico	Unidad
10	Anticuerpo Anti RNP-Sm		Unidad	224	Anti Toxoplasma IgG Test de Avidez	Unidad
11	Anticuerpo Anti RNP-70		Unidad	225	Chagas	Unidad
12	ANTI Jo		Unidad	226	Anti Epstein Baar IgM	Unidad
13			Unidad	227	Anti Epstein Baar IgG	Unidad
14			Unidad	228	Kits Diagnóstico de Helicobacter Pylori (IgA)	Unidad
		Unidad	229	Kits Diagnóstico de Helicobacter Pylori (IgG)	Unidad	

*Handwritten signature and stamp:*  
DGGIES - MSP/PYS  
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos



**DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE REACTIVOS**

**RESPUESTA**

SE SOLICITA EL CAMBIO DEL PBC, DEBE DECIR:

Método CLIA o ELISA totalmente Automatizado. Con provisión de 1 (un) equipo totalmente automatizado en comodato. El reactivo deberá ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos requeridos. **El mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica debe estar a cargo del proveedor.** El equipo no deberán tener más de 5 (cinco) años de fabricación. La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor, quien debe chequear previamente la instalación eléctrica, sistema de eliminación de residuos (cañería desagüe) del laboratorio y adecuar las condiciones de climatización, respetando las normas de bioseguridad vigente para su adecuación según las necesidades del equipo y con el personal de mantenimiento del servicio adjudicado.

**CONSULTA 6**

"LOTE 4 " EN RELACION A LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA " Se debe ofrecer mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica". "Con 4 (cuatro) equipos informáticos completos (incluido impresoras para papel) con software de gestión". PODRIAN GENERAR CONFUSIONES Y AMBIGUEDADES. SI DEBEN TENER UN VALOR MONETARIO DETALLAR, CODIFICAR, CUANTIFICAR Y COTIZAR POR SEPARADO DE LOS BIENES REQUERIDOS Y DEL COMODATO, DE NO SER ASI ESTABLECER DE MANERA CLARA Y OBJETIVA.

LOTE 4 – LO CARGADO EN EL PBC

4	1	Antígeno Dengue - NS1	Método: Elisa Automatizado, ELFA u otro similar. Con provisión de equipamiento automatizado en comodato con lavador incluido. Kit completo para realizar la determinación solicitada. El reactivo deberá ir acompañado de: calibradores, controles, diluyentes (en caso que fuese necesario), insumos requeridos, mantenimiento preventivo, correctivo, asistencia técnica y 1 (un) equipo informático completo con software de gestión; <u>interfaceado</u> al equipo mencionado e impresora.	Unidad
4	2	IgG Dengue	El equipo en comodato no deberá tener más de 5 (cinco) años de fabricación.	Unidad
4	3	IgM Dengue	<b>Para Hospital Regional de Villarrica.</b> Los equipos, reactivos e insumos deberán ser entregados por el proveedor.	Unidad
4	4	Antígeno Dengue - NS1	Método Elisa <u>semi</u> automatizado. Con provisión de 4 (cuatro) equipos <u>semi</u> automatizados en comodato con lavador <u>incluido</u> . Kit completo para 24 determinaciones como mínimo. El reactivo deberá ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos requeridos.	Unidad
4	5	IgG Dengue	Con equipos lectores de Elisa en comodato.	Unidad
4	6	IgM Dengue	Se debe ofrecer mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica. Con 4 (cuatro) equipos informáticos completos (incluido impresoras para papel) con <u>software</u> de gestión; <u>interfaceado</u> a los equipos mencionados. Los equipos en comodato no deberán tener más de 5 (cinco) años de fabricación. <b>Para Hospital Distrital de Independencia, Centro de Salud de Iturbe, Centro de Salud de Troche, Centro de Salud de Paso Yohai.</b> Los equipos, reactivos e insumos deberán ser entregados por el proveedor.	Unidad



DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS  
DEPARTAMENTO DE REACTIVOS

**RESPUESTA**

SE SOLICITA EL CAMBIO DEL PBC, DEBE DECIR:

**Método: Elisa Automatizado**, ELFA u otro similar. Con provisión de equipamiento automatizado en comodato con lavador incluido. Kit completo para realizar la determinación solicitada. El reactivo deberá ir acompañado de: calibradores, controles, diluyentes (en caso que fuese necesario), insumos requeridos, mantenimiento preventivo, correctivo, asistencia técnica y 1 (un) equipo informático completo con software de gestión; interfaceado al equipo mencionado e impresora. El equipo en comodato no deberá tener más de 5 (cinco) años de fabricación. **Para Hospital Regional de Villarrica.** Los equipos, reactivos e insumos deberán ser entregados por el proveedor.

**Método Elisa semi automatizado.** Con provisión de 4 (cuatro) equipos semi automatizados en comodato con lavador incluido. Kit completo para 24 determinaciones como mínimo. El reactivo deberá ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos requeridos. Con equipos lectores de Elisa en comodato.

**El mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica debe estar a cargo del proveedor. Con 4 (cuatro) equipos informáticos completos (incluido impresoras para papel) que debe estar conectado al software de gestión del laboratorio;** interfaceado a los equipos mencionados. Los equipos en comodato no deberán tener más de 5 (cinco) años de fabricación. **Para Hospital Distrital de Independencia, Centro de Salud de Iturbe, Centro de Salud de Troche, Centro de Salud de Paso Yobai.** Los equipos, reactivos e insumos deberán ser entregados por el proveedor.

**CONSULTA 7**

\*LOTE 13 \* ÍTEM 1: EN RELACION A LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA. "Debe incluir buffer si la técnica lo requiere". PODRIAN GENERAR CONFUSIONES Y AMBIGUEDADES. SI DEBEN TENER UN VALOR MONETARIO DETALLAR, CODIFICAR, CUANTIFICAR Y COTIZAR POR SEPARADO DE LOS BIENES REQUERIDOS Y DEL COMODATO, DE NO SER ASI ESTABLECER DE MANERA CLARA Y OBJETIVA.

LOTE 13 ÍTEM 1 – LO CARGADO EN EL PBC

13	Test Rápido para VIH	Prueba rápida VIH 1/2, con sensibilidad superior a 98%. Método: Inmunocromatografía, cualitativo de Cuarta generación, para detección de anticuerpos anti VIH 1/2 y antígeno p24 en cassette o tiras. Las muestras: sangre total, suero o plasma no deben sufrir ningún tratamiento previo y debe ser depositadas directamente en los cassettes o tiras; permitir la lectura visual. Debe incluir buffer si la técnica lo requiere e instructivo de uso en español. Presentación: mínima de 20 pruebas por caja. Debe contar con experiencia de uso satisfactorio por el Laboratorio de Referencia del PRONASIDA vigente (validez 12 meses)	Unidad
----	----------------------	---	--------

*[Handwritten signature and red stamp]*  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS  
DPT. DE REACTIVOS Y EQUIPAMIENTO





**DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS**  
**DEPARTAMENTO DE REACTIVOS**

**RESPUESTA**

SE SOLICITA EL CAMBIO DEL PBC, DEBE DECIR:

Prueba rápida VIH 1/2 , con sensibilidad superior a 98%. Método: Inmunocromatografía, cualitativo de Cuarta generación, para detección de anticuerpos anti VIH 1/2 y antígeno p24 en cassette o tiras. Las muestras: sangre total, suero o plasma no deben sufrir ningún tratamiento previo y debe ser depositadas directamente en los cassettes o tiras; permitir la lectura visual, **debe venir con todos los insumos necesarios e instructivos de uso en español.** Presentación: mínima de 20 pruebas por caja. Debe contar con experiencia de uso satisfactorio por el Laboratorio de Referencia del PRONASIDA vigente (validez 12 meses)

Se adjunta documento original para proseguir trámites de rigor

Atentamente.

Dra. Graciela Valenzuela  
Directora de Planificación  
y Uso Racional de Medicamentos  
DGGIES - MSPyBS

