



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

DICTAMEN TÉCNICO.

(Art 40 Inc a) Res DNCP N°230/25

"LPN N° 123/25 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ESTERILIZACION Y OTROS PARA EL IPS " SOLPED 114000410.-

Lugar y fecha: 09 de setiembre de 2025

UOC Convocante (*): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Unidad o área requirente (*):

Funcionario o técnico responsable (*):

1. QI BQ Maria del Carmen Aguilera Martinez

2. Lic. Daisy Martínez de Suarez

3. Farm. Cynthia Pereira de Silva

4. C.P Cynthia Flecha

5. Dependencia y cargo que desempeña(*):

1. Analista técnico

2. Jefa de Sección Planificación De Suministros de Salud

3. Jefa de Departamento de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud

4. Directora de Logística de Suministros de Salud

- Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (*).

LPN N° 123/25 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ESTERILIZACION Y OTROS PARA EL IPS " SOLPED 114000410.-

La adquisición de insumos para procesos de esterilización, tal como se menciona en este llamado, abarca una variedad de productos esenciales que son cruciales para el funcionamiento adecuado de cualquier establecimiento de salud.

Entre estos insumos se incluyen bolsas y papeles con indicadores químicos, cintas y controles biológicos, así como pruebas de verificación. Estos elementos son fundamentales para garantizar que los procesos de esterilización se realicen de manera efectiva y cumplan con los estándares de seguridad requeridos.

Las bolsas y papeles con indicadores químicos son utilizados para asegurar que los artículos han sido sometidos a las condiciones adecuadas de temperatura y tiempo durante el proceso de esterilización. Los indicadores químicos cambian de color o presentan una señal visual que confirma que el proceso ha sido efectivo, lo que permite al personal sanitario tener confianza en la seguridad de los instrumentos utilizados.

Por otro lado, las cintas y controles biológicos son herramientas críticas para la validación de los procesos de esterilización. Las cintas, al igual que los indicadores químicos, proporcionan una señal visual, mientras que los controles biológicos implican el uso de microorganismos específicos que se colocan en el ciclo de esterilización. Si estos microorganismos sobreviven, indica que el proceso no fue efectivo, lo que permite tomar medidas correctivas inmediatas.

Además, la provisión de dispositivos de apoyo, como frascos de drenaje y resucitadores en diferentes presentaciones, es igualmente importante. Estos dispositivos son utilizados en situaciones de emergencia y en procedimientos médicos que requieren un manejo respiratorio adecuado. La disponibilidad de estos insumos no solo facilita la atención médica, sino que también contribuye a la seguridad del paciente y del personal sanitario.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

La correcta esterilización es una condición indispensable en todo establecimiento de salud, ya que asegura la eliminación de agentes patógenos que pueden causar infecciones. Esto es vital para reducir los riesgos de infecciones asociadas a la atención médica, que son una de las principales preocupaciones en el ámbito sanitario. Al garantizar que todos los instrumentos y equipos estén debidamente esterilizados, se protege tanto a los pacientes como al personal de salud, creando un entorno más seguro para todos.

En resumen, la provisión oportuna de estos insumos no solo asegura la calidad de los procedimientos médicos, sino que también fortalece la bioseguridad institucional y respalda la eficacia de los tratamientos brindados en el Instituto de Previsión Social. Esto es esencial para mantener la confianza de los pacientes en el sistema de salud y para asegurar que se brinde una atención médica de alta calidad y segura.

Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.

N/A

- Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.

N/A

Obs.:

-En caso de citar o remitirse al análisis o argumentos contenidos en otra documentación, se debe adjuntar la misma al presente dictamen.

-Podrán formar parte de los argumentos técnicos de este dictamen, el análisis previo citado en el artículo 25 de la Ley N° 7021/22, los resultados de dicho análisis o los documentos que lo integran.

Firma del técnico o responsable del área requirente (*):

Aclaración (*):

Firma del responsable UOC(*):

Aclaración (*):


 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

Firmado digitalmente por
 CYNTHIA PIA MARIA PEREIRA DE SILVA
 Fecha:
 2025.09.22
 17:05:21 -04'00'