

Villa Elisa, 24 de octubre del 2024

Al Señor Presidente de
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
FELIX SOSA
Avda. España 1268 e/Padre Cardozo
Asunción - Paraguay

Ref.: LP ANDE N° 1857/2024 - "Adquisición de Cámara Termográfica Infrarroja" - I.D.:
446.532.-

Atención.: Comité de Evaluación de Ofertas

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted y por vuestro digno intermedio a quien corresponda en el marco del llamado de referencia, a fin de hacer entrega de los documentos requeridos en la Nota CEO N° 02 recibida en fecha **23/10/2024**.

Nos despedimos de usted haciendo propicia la ocasión para saludarlo con nuestra mayor estima y consideración.

Muy atentamente


Ing. Natalia Maldonado
Comité de Licitaciones
Everest Ingeniería S.R.L.
Colonia Elisa N° 202
Villa Elisa, Paraguay
+595 921 940 080
Firma.....
Ing. Natalia Maldonado
En Calidad de Representante Legal
EVEREST Ingeniería S.R.L.
.....

MATRIZ

📍 Colonia Elisa 202 Villa Elisa, Paraguay
☎ Telefax:
+595 (21) 940 080
+595 (21) 940 106

SUCURSAL

📍 Avda. San José 9160 casi E. Estigarribia
Ciudad del Este, Paraguay
☎ Telefax:
+595 (61) 579 529



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE PERSONAS


ID: 446.532
A: UOC - Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

En nombre y representación del titular de la cuenta del Registro de Proveedores del Estado, conociendo y aceptando lo dispuesto por la Ley 7021/22, el Decreto Reglamentario N° 9823/23 y las resoluciones reglamentarias dictadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a través de la carga del presente documento en el Registro de Proveedores del Estado, declaro bajo fe de juramento que:

1. El titular ni sus miembros, conforme el tipo de vinculación citada más abajo, no se encuentran comprendidos en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y contratar establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.
2. Certifico que la información proveída en el listado, corresponde a los datos actualizados y vigentes, los cuales condicen con exactitud con la documentación obrante en mi poder y la declarada ante los registros públicos oficiales respectivos. Confirmando que toda la documentación que acredita el tipo de vinculación aquí declarado obra en el Registro de Personas y estructuras jurídicas y beneficiarios finales de la Abogacía del Tesoro y en el Registro de Proveedores del Estado.
3. Me comprometo a actualizar y comunicar, en tiempo y forma, en caso que hubiere modificación de los datos aquí consignados o de los sujetos citados, comprometiéndome a la presentación del formulario de declaración de personas actualizado en el Registro de Proveedores del Estado.
4. Consiento el empleo de la información proporcionada conforme lo indican las disposiciones normativas vigentes, en cualquier etapa del procedimiento de contratación y en el marco de los procedimientos llevados adelante por la DNCP, por lo que asumo responsabilidad plena por todo lo declarado.
5. Asumo todas las consecuencias legales que correspondan en caso de falsedad, inexactitud u omisión de información alguna en esta declaración.
6. El listado presentado comprende de forma íntegra a los siguientes sujetos:
 - a) Las personas físicas que tienen participación en el capital social, en un porcentaje o valor superior al indicado en el artículo 66 de la Resolución DNCP 4400/23.
 - b) Los beneficiarios finales en los términos del artículo 3° inc. e) de la Ley 7021/22.
 - c) Las personas físicas propietarias de la empresa titular.
 - d) Las personas físicas que ejercen cargos de dirección, de administración o de fiscalización.
 - e) Las personas físicas que han ejercido la representación legal o como apoderados en coordinación con el artículo 66 de la Resolución DNCP 4400/23.

CI N°	NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DE VINCULACIÓN	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
1.924.042	Jorge Edmundo	Roa Espinoza	Representante Legal	jorge.roa@everest.com.py
1.066.925	Teresa Dejesus	Mereles Villalba	Representante Legal	teresa.mereles@everest.com.py
2.200.537	Laura Karina	Sanabria Nuñez	Representante Legal	laura.sanabria@everest.com.py
6.007.864	Natalia Antonia	Maldonado Rivas	Representante Legal	natalia.maldonado@everest.com.py

Observación: ES OBLIGATORIO COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS DEL CUADRO DE LA DECLARACIÓN JURADA. Completar la casilla de TIPO DE VINCULACIÓN indicando el carácter de representante legal o miembro del órgano de Administración (aclarar cargo o denominación correspondiente) o miembro del órgano de Dirección (aclarar si fuera Director Presidente, Director Vicepresidente, Miembro del directorio, Gerente u otro cargo/denominación si lo hubiere), o miembro del órgano de fiscalización (aclarar cargo o denominación correspondiente), o de socio, o de propietario, o de apoderados o de beneficiario final.

Firma: 
Aclaración: Ing. Natalia Maldonado
En calidad de REPRESENTANTE LEGAL
+595 (21) 940 080
+595 (21) 940 106

SUCURSAL
Avda. San José 9160 casi E. Estigarribia
Ciudad del Este, Paraguay
Telefax: +595 (61) 579 529

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CÁMARAS TERMOGRÁFICAS
EETT N° GT/DCA/005/2024

Cámara Termográfica portátil para inspección de temperatura en unidad generadora.		
DESCRIPCION	ANDE	OFERENTE
Marca:		FLIR Modelo: TG165-X
Resolución de infrarrojos	80 × 60 píxeles	80 × 60 píxeles
Distancia focal mínima	0,3 m (0,98 ft)	0,3 m (0,98 ft)
Distancia de medición mínima	0,26 m (0,85 ft)	0,26 m (0,85 ft)
Medidor láser de distancia	Calcula la distancia hasta el objetivo y ofrece unas imágenes correctamente enfocadas en pantalla, así como las distancias	No se especifica
Conectividad inalámbrica	PC, iPhone® e iPad® (iOS 4 y posterior), Android™ 4.3 y posterior, y de WiFi a LAN (donde esté disponible)	FLUKE Modelo: FLK- TiS75+
Rango mínimo (en modo manual)	2,0 °C (3,6 °F)	FLUKE Modelo: FLK- TiS75+
Resolución	2 MP (1600 × 1200 píxeles)	2 MP (1600 × 1200 píxeles)
Resolución de pantalla	320 × 240 píxeles	320 × 240 píxeles
Frecuencia de refresco	8,7 Hz	8,7 Hz
Puntero láser	Clase 1	Clase 1
Luz LED (linterna)	100 lúmenes - LED encendido/apagado	100 lúmenes - LED encendido/apagado
Zoom digital	2x y 4x	No se especifica
Interfaz de usuario	Idiomas - Tecnología de pantalla	Alemán, checo, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, español, finés, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco, turco - TFT


Ing. Natalia Maldonado
Dpto. de Licitaciones
Everest Ingeniería S.R.L.
Colonia Elisa N° 202
Villa Elisa, Paraguay
+595 921 940 080

Cámara Termográfica para inspección de Barras de generación		
DESCRIPCION	ANDE	OFERENTE
Marca:		FLUKE Modelo: FLK- TiS75+
Rango de temperatura	-20 °C a 550 °C (sin calibración a temperaturas inferiores a -10 °C)	-20 °C a 550 °C (sin calibración a temperaturas inferiores a -10 °C)
Precisión	±2 °C o 2% (la mayor de ambas) a 25 °C de temperatura ambiente	±2 °C o 2% (la mayor de ambas) a 25 °C de temperatura ambiente
Corrección de emisividad en pantalla	Lista de los diez materiales más utilizados y ajuste numérico entre 0,01 y 1,00	Sí, lista de los diez materiales más utilizados y ajuste numérico entre 0,01 y 1,00
Resolución de infrarrojos	384 x 288 (110.592 píxeles)	384 x 288 (110.592 píxeles)
Resolución espacial (IFOV)	1,91 mrad	1,91 mrad
Campo de visión	42° x 30°	42° x 30°
Distancia focal mínima	0,5 m	0,5 m
Sistema de enfoque	Enfoque manual y marcador de enfoque de 1 m	Enfoque manual y marcador de enfoque de 1 m
Conectividad inalámbrica	Con PC, iPhone e iPad (iOS 4 y posterior), Android 4.3 y posteriores, y de WiFi y LAN (como mínimo)	Sí, con PC, iPhone e iPad (iOS 4 y posterior), Android 4.3 y posteriores, y de WiFi y LAN (donde corresponda)
Manuales y catálogos:		Sí, proporcionaremos
Rango de temperatura del objeto	De 25 a 300 °C (de 13 a 572 °F)	FLIR Modelo: TG165-X
Relación de distancia a objetivo (D:S)	24:1	FLIR Modelo: TG165-X
Interfaz de usuario	Idiomas - Tecnología de pantalla	Checo, holandés, inglés, finés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional y turco - Pantalla táctil de 3,5" (panorámica de 8,9 cm) LCD de 640 x 480
Autonomía	≥3,5 h de funcionamiento continuo sin Wi-Fi (la duración real depende de los ajustes seleccionados y del uso)	≥3,5 h de funcionamiento continuo sin Wi-Fi (la duración real depende de los ajustes seleccionados y del uso)
Tiempo de carga de la batería	≤2,5 h para una carga completa	≤2,5 h para una carga completa
Sistema de carga de la batería	Cargador de baterías de dos bahías o carga en el interior de la cámara	Cargador de baterías de dos bahías Ti SBC3B o carga en el interior de la cámara.
Funcionamiento con alimentación CA	Sí, con fuente de alimentación incluida, adaptadores universales incluidos (Salida: 15 V CC, 2 A)	Sí, Funcionamiento mediante CA con fuente de alimentación incluida, adaptadores universales incluidos. Salida: 15 V CC, 2 A
Ahorro de energía	Modos de reposo y desconexión seleccionables por el usuario	Modos de reposo y desconexión seleccionables por el usuario
Rango de temperatura	-20 °C a 550 °C (sin calibración a temperaturas inferiores a -10 °C)	-20 °C a 550 °C (sin calibración a temperaturas inferiores a -10 °C)
Precisión	±2 °C o 2% (la mayor de ambas) a 25 °C de temperatura ambiente	±2 °C o 2% (la mayor de ambas) a 25 °C de temperatura ambiente
Corrección de emisividad en pantalla	Lista de los diez materiales más utilizados y ajuste numérico entre 0,01 y 1,00	Sí, lista de los diez materiales más utilizados y ajuste numérico entre 0,01 y 1,00


 Ing. Natalia Maldonado
 Dpto. de Licitaciones
 Everest Ingeniería S.R.L.
 Colonia Elisa Nº 202
 Villa Elisa, Paraguay
 +595 921 940 080