



0000236

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

INFORME DE EVALUACIÓN

I. INTRODUCCIÓN:

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 22 días del mes de octubre de 2025, se presenta el Informe resultante de la Evaluación de Ofertas inherentes a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562, elaborado en base a lo establecido en el Artículo 52 la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", y su Decreto Reglamentario, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.-

Por Memorandum DOP/COP N° 428/2025 de fecha 24 de setiembre de 2025, de la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa Contrataciones D.O.P., fueron designados los miembros para integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562, conforme al siguiente detalle:

- ✓ Abg. Fabricio Andreotti, en representación de la Dirección Jurídica.
- ✓ Dra. Carmen María Cáceres Almeida, en representación de la Dirección de Medica HC, dependiente de la Gerencia de Salud.

II. ANTECEDENTES:

Que, por Memorandum de fecha 04 de marzo de 2025, identificado como MEM-0276-2025-000164, el Departamento de Hematología a través de la Dirección de Médica del Hospital Central, solicita el inicio del llamado a Licitación para la "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL", recepcionado en fecha 17 de marzo de 2025.-

Que, mediante Dictamen U.O.C. N° 93/25, de fecha 03 de junio de 2025, la Unidad de Control y Verificación de Precios refiere que la convocatoria es por un monto total IVA incluido a contratar de Gs. 25.569.338.936 (Guaraníes Veinticinco Mil Quinientos sesenta y nueve millones trescientos treinta y ocho mil novecientos treinta y seis).-

Que, por MEMORANDUM DOP/DCN/N° 360/2025, de fecha 04 de junio de 2025, el Departamento Técnico de Contrataciones informó que se procedió a la inclusión en el PAC 2025 correspondiente al llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL", con ID N° 471.562.-

Que por la Resolución C.A. N° 046-007/2025 de fecha 17 de julio de 2025, se resolvió: Art. 1° Autorizar el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" con ID 471.562.- Art. 2° Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" con ID 471.562, previa adecuaciones del mismo, conforme a los términos contenidos en el Expediente Digital identificado como CA/N° 1195/2025 – Anexo I. Art. 3°.- Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley 7021/22, "De Suministro y Contrataciones Públicas", su modificatoria, y su Decreto Reglamentario N° 2264/2024, y su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).- Art. 4° Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración. Art. 5° Comunicar a quienes corresponda y archivar.

Fabricio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CA
Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Area de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

0000235

III. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

Que, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto por Memorándum CA 5000032482 de fecha 06 de agosto de 2025, informó que el referido llamado corresponde al objeto de gasto 358 "Útiles y Materiales Médico Quirúrgicos y de Laboratorio" del Programa N° 2 "Servicios Sociales de Calidad", y que cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 3315/2025 de fecha 06 de agosto de 2025. Cabe mencionar que el presente llamado es de carácter plurianual.

IV. APERTURA DE SOBRES OFERTAS

Conforme al Acta de fecha 23 de setiembre de 2025, labrada en las Oficinas de la Dirección Operativa de Contrataciones del Instituto de Previsión Social, sito en Constitución esq. Luis Alberto Herrera, 1er piso, se procedió a la apertura de los siguientes sobres-ofertas siendo el plazo establecido, hora apertura 09:00 y hora fin 09:13 para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL", con ID N° 471.562.-

Que, en virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

N°	RUC	OFERENTE
1	80002742-6	INDEX S.A.C.I
2	80000084-6	GT SCIENTIFIC S.A

V. INFORME JURÍDICO.

El informe resultante del análisis Jurídico de la empresa que infiere en este informe, del llamado para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL", con ID N° 471.562, en atención a lo dispuesto en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 2264/24 y al Pliego de Bases y Condiciones con relación a los "Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación" – "Presentación de Documentaciones Sustanciales".

▪ **GT SCIENTIFIC S.A. – RUC: 80000084-6:**

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 2264/24.-

Monto de Oferta	Formulario de Oferta con DD.JJ. de No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 21 y DD.JJ. de Integridad	Garantía de Mantenimiento de la Oferta Seguro: Aseguradora Yacyreta Póliza N° 1508009605	Documentos que acrediten Existencia Legal de las Personas Jurídicas	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Constancia de Inscripción de RUC
TOTAL G. 29.400.249.800	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Accionistas y/o Directivos:

- 1- CHRISTIAN HARRISON PALEARI – C.I. N° 1.045.196.-
- 2- MARIANGEL MANZONI DE HARRISON – C.I. 1.245.713
- 3- DIEGO FELIPE SANABRIA FILARTIGA – C.I. 2.482.702
- 4- MARIA CONCEPCION JARA MOLAS – C.I. 998.452
- 5- ROBERT HARRISON PALEARI – C.I. 1045.197.-
- 6- MIRTHA TERESA OLMEDO CARO – C.I. 871.212.-

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CAI
Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Area de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

7- OSCAR DANIEL MARTINEZ SILVANO – C.I. 1.440.066

▪ **INDEX S.A.C.I. – RUC: 80002742-6:**

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 2264/24.-

Monto de Oferta	Formulario de Oferta con DD.JJ. de No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 21 y DD.JJ. de Integridad	Garantía de Mantenimiento de la Oferta Seguro: La Consolidada de Seguros Póliza N° 1508062222	Documentos que acrediten Existencia Legal de las Personas Jurídicas	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Constancia de Inscripción de RUC
TOTAL G. 29.622.620.000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Accionistas y/o Directivos:

- 1- ERNESTO GERARDO WASMOSY MONTI – C.I. 202.099.-
- 2- ERNESTO BENIGNO WASMOSY SCHMIDT – C.I. 701.779.-
- 3- KARIN MARIA WASMOSY DE BOSMANS – C.I. 701.781.-
- 4- MARÍA VERÓNICA WASMOSY DE GUNTHER – C.I. 701.780.-
- 5- VIVIANA RAQUEL CABALLERO MUSSO – C.I. 1.936.738.-

INFORME SINARH

El reporte del Sistema SINARH desprende que las personas que ostentan la representación de las firmas oferentes no se encuentran ligadas en forma activa con ningún Organismo o Entidad del Estado, como tampoco forman parte del plantel de funcionarios permanentes del Instituto de Previsión Social. Por lo tanto, se colige que las personas vinculadas a los oferentes, no se encuentran incurso en las prohibiciones del Art. 21 de la Ley 7021/22.-

REGISTRO DE INHABILITADOS.

Se ha insertado el número de RUC de las empresas oferentes en el Registro de Inhabilitados situado en la plataforma digital de la DNCP, y se ha constatado que las mismas no se encuentran inhabilitadas para contratar con el Estado.

VII- DOCUMENTOS SOLICITADOS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

GT SCIENTIFIC S.A con RUC N° 80000084-6

En fecha 30 de setiembre de 2025, se solicitaron los siguientes documentos:

1. Se solicita Balance General de los años 2022, 2023 y 2024.

RESPUESTA: La empresa respondió en tiempo y su análisis se encuentra en el presente informe.

En fecha 01 de octubre de 2025, se solicitaron los siguientes documentos:

1. Planilla de datos garantizados, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto y Datos y especificaciones técnicas de equipos complementarios principales, como Centrifugas y Pipetas automáticas
2. Constancia emitida por el fabricante, de que el/ los equipo/os son nuevos y no manufacturados, con una antigüedad de fabricación máxima de 3 (tres) años o Declaración Jurada de presentar la misma para la firma del Contrato en caso de ser adjudicada.
3. Adjuntar inserto/ técnica de cada reactivo ofertado para cada uno de los ítems solicitados, como también catálogos con la descripción técnica del equipo Citómetro de Flujo, para evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnico.
4. El oferente deberá presentar Constancia de Habilitación de Servicio Técnico emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPYBS.
5. Autorización del fabricante:

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CA
Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Area de Dx - Citometria de flujo
Servicio de Hematología



0000233

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

- a. Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal.
 - b. Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante
 - c. Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.
6. Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

RESPUESTA: La empresa respondió en tiempo y su análisis se encuentra en el presente informe.

INDEX S.A.C.I con RUC N° 80002742-6.

En fecha 30 de setiembre de 2025, se solicitaron los siguientes documentos:

- 1. DECLARACION JURADA DE MIEMBROS

RESPUESTA: La empresa respondió en tiempo y su análisis se encuentra en el presente informe.

En fecha 13 de octubre de 2025, se solicitaron los siguientes documentos:

- 1. Planilla de datos garantizados que detalla todos los datos y especificaciones técnicas del Equipo Citómetro de flujo ofertado y de equipos complementarios principales, cómo Centrifugas y Pipetas automáticas.
- 2. Constancia emitida por el fabricante, de que el equipo Citómetro de flujo es nuevo y con antigüedad no mayor a 3 (tres) años.
- 3. Inserto/técnica de cada uno de los reactivos solicitados (Ítems 1 al 109).
- 4. Constancia de Habilitación de Servicio Técnico emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS.
- 5. DESGLOSE DE PRECIOS DE TODOS LOS ITEMS OFERTADOS.

RESPUESTA: La empresa respondió en tiempo y su análisis se encuentra en el presente informe.

VIII- VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACION FORMAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia: Cumple (C) No Cumple (NC) No aplica (NA) Observaciones (*)

	GT SCIENTIFIC S.A	INDEX S.A
DOCUMENTOS FORMALES		
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	N/A	N/A
Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	CUMPLE	CUMPLE
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento (**)	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD FINANCIERA		
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres últimos años (2022, 2023 y 2024.) para contribuyente de IRE GENERAL.	CUMPLE	CUMPLE
IVA General de los 3 (tres) últimos años (2022, 2023 y 2024.), para contribuyentes sólo del IVA General	CUMPLE	CUMPLE
EXPERIENCIA REQUERIDA		
Copia de Contratos y/o Facturas que avalen la experiencia requerida. Demostrar la experiencia en provisión de reactivos para Laboratorio con equipos en Comodato con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2020 2021 2022 2023 - 2024) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.	CUMPLE	CUMPLE

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Hospital Central I.P.S.
Ora. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Area de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



0000232

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

	GT SCIENTIFIC S.A	INDEX S.A
Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de provisión de reactivos para Laboratorio con equipos en Comodato, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2020 2021 2022 2023 2024). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD TECNICA		
a) Autorización del fabricante: 1. Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal. 2. Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante 3. Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.	CUMPLE	CUMPLE
Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.		
b) El oferente deberá presentar la Planilla de Precios en formato digital editable por medio magnético mediante (CD o PENDRIVE).	CUMPLE	CUMPLE
c) Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.	CUMPLE	CUMPLE
d) Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.	CUMPLE	CUMPLE
e) Planilla de datos garantizados, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	CUMPLE	CUMPLE
f) Copia Autenticada del Certificado Vigente de Inscripción y Funcionamiento de la Empresa importadora de Productos para Diagnóstico de uso in vitro, emitido por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública y Bienestar Social y/o Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPYBS.	CUMPLE	CUMPLE
g) Declaración Jurada de contar con equipos de Refrigeración acorde para almacenar a temperatura constante reactivos que requieran de temperaturas de 2ª a 8º (refrigerados) y con generadores propios para suministrar energía eléctrica en caso de cortes energéticos.	CUMPLE	CUMPLE
h) Adjuntar inserto/ técnica de cada reactivo ofertado para cada uno de los ítems solicitados, como también catálogos con la descripción técnica del equipo Citómetro de Flujo, para evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	CUMPLE	CUMPLE
i) Es imprescindible la presentación de las técnicas y/o insertos en español así como de las especificaciones técnicas, que deberán ser las mismas, descriptas en la Planilla de Precios y Datos Garantizados. Este requisito es esencial para la evaluación y adjudicación, la falta de presentación será motivo de descalificación del ítem. En caso de no presentar las técnicas y/o insertos, el Comité Evaluador solicitará al oferente las mismas teniendo como plazo máximo 48 horas a partir de la recepción de la solicitud emitida por el Comité Evaluador.	CUMPLE	CUMPLE
j) Constancia emitida por el fabricante, de que el/ los equipo/os son nuevos y no manufacturados, con una antigüedad de fabricación máxima de 3 (tres) años o Declaración Jurada de presentar la misma para la firma del Contrato en caso de ser adjudicada.	CUMPLE	CUMPLE
k) El oferente deberá presentar Constancia de Habilitación de Servicio Técnico emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPYBS.	CUMPLE	CUMPLE

IX- CAPACIDAD FINANCIERA

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Contribuyente de IRE GENERAL.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

Contribuyente de IRE GENERAL.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

- **Ratio de Liquidez** (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los años 2022, 2023 y 2024.
- **Endeudamiento** (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2022, 2023 y 2024.
- **Rentabilidad**: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2022, 2023 y 2024.

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Área de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



0000231

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

- **Capital Operativo** (activo corriente pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto máximo, deberá ser por el monto máximo del llamado), lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2024) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado

Contribuyentes de IRE SIMPLE

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso): Deberá ser igual o mayor que **1** el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos 2022, 2023 y 2024.

Para contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que **1**, el promedio, de los 3 (tres) últimos años (2022, 2023 y 2024)

Para contribuyentes de exclusivamente IVA General

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que **1**, el promedio, de los 3 (tres) últimos años (2022, 2023 y 2024)

INDEX S.A.C.I con RUC N° 80002742-6.									
		2022		2023		2024		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	525.243.583.312	3,81	760.516.937.652	3,00	908.306.826.482	3,77	3,53	CUMPLE
	Pasivo corriente	137.912.137.456		253.121.405.793		240.638.908.490			
Endeudamiento	Pasivo total	214.683.036.008	0,36	419.740.971.833	0,48	478.780.328.108	0,46	0,43	CUMPLE
	Activo total	597.381.611.684		876.820.025.980		1.046.915.485.030			
Rentabilidad	Utilidad neta	62.502.114.601	1,25	75.411.454.547	0,75	105.501.698.629	1,06	1,02	CUMPLE
	Capital	50.000.000.000		100.000.000.000		100.000.000.000			
Capital	Activo corriente					908.306.826.482	667.667.917.992	4.443.393.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					240.638.908.490			
29.622.620.000									

GT SCIENTIFIC S.A con RUC N° 80000084-6									
		2022		2023		2024		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	156.969.163.874	1,77	266.492.072.531	1,92	371.769.148.646	2,24	1,98	CUMPLE
	Pasivo corriente	88.614.847.343		139.049.983.204		166.099.397.646			
Endeudamiento	Pasivo total	88.614.847.343	0,37	139.049.983.204	0,37	16.099.397.646	0,03	0,26	CUMPLE
	Activo total	238.694.013.386		372.199.689.179		492.485.792.279			
Rentabilidad	Utilidad neta	41.812.296.785	0,42	83.070.539.932	0,84	93.236.688.658	0,95	0,74	CUMPLE
	Capital	98.636.811.337		98.636.811.337		98.636.811.337			
Capital	Activo corriente					371.769.148.646	205.669.751.000	4.410.037.470	CUMPLE
	Pasivo corriente					166.099.397.646			
29.400.249.800									

X- EXPERIENCIA REQUERIDA.

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:
 Demostrar la experiencia en **provisión de reactivos para Laboratorio con equipos en Comodato con Contratos y/o Facturas** a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al **50 %** como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: **5 (cinco) (2020 2021 2022 2023 - 2024) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que**

Fabrizio Andreotti
 Abog. Mat. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
 R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
 Area de Dx - Citometría de flujo
 Servicio de Hematología



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

0000230

correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.

INDEX S.A.C.I con RUC N° 80002742-6.		
AÑO	CONTRATO Y/O FACTURA	MONTO
2021	CONTRATO N° 196/2021	13.450.000.000
2021	CONTRATO N° 104/2021	145.998.000
2022	CONTRATO N° 155/2022	151.510.000
2023	CONTRATO N° 01/2023	342.411.360
2024	CONTRATO N° 104/2023	21.755.749.467
2024	CONTRATO N° 13/2024	206.861.000
2024	CONTRATO N° 02/2024	312.421.036
TOTAL		36.364.950.863
MONTO DE LA OFERTA		29.622.620.000
50 % DE LA OFERTA		14.811.310.000

CUMPLE

GT SCIENTIFIC S.A con RUC N° 80000084-6		
AÑO	CONTRATO Y/O FACTURA	MONTO
2024	001-003-0001651	1.665.000.000
2024	CONTRATO N° 408/2024	34.678.501.200
2023	CONTRATO N° 066/2024	27.688.556.240
2022	CONTRATO N° 419/2022	30.842.005.000
TOTAL		94.874.062.440
MONTO DE LA OFERTA		29.400.249.800
50 % DE LA OFERTA		14.700.124.900

CUMPLE

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Area de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

VII- CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.

GT SCIENTIFIC S.A: CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PBC, **SE SUGIERE ADJUDICAR.**
INDEX S.A.C.I: CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PBC.

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	GT SCIENTIFIC SA				INDEX SACI			
						Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Variación Porcentual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Variación Porcentual
1	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 2574 máximo: 5148	279.516	321.400	1.654.567.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	324.000	1.667.952.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
2	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 45 máximo: 90	237.529	273.100	24.579.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	275.000	24.750.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
3	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 405 máximo: 810	245.080	281.800	228.258.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	284.000	230.040.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
4	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 1647 máximo: 3294	311.429	358.100	1.179.581.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	361.000	1.189.134.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
5	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 45 máximo: 90	342.083	393.300	35.397.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	396.000	35.640.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
6	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 135 máximo: 270	270.507	311.000	83.970.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	313.000	84.510.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
7	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 306 máximo: 612	545.801	627.600	384.091.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	633.000	387.396.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
8	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 306 máximo: 612	254.268	292.400	178.948.800	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	294.000	179.928.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%

Fabrizio Andreotti
 Abog. Matr. C.S.J. 18.565
 Dirección Jurídica -
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CSA
 Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
 R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
 Area de Dx - Citometría de flujo
 Servicio de Hematología



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 “PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL” - ID 471.562.-

					GT SCIENTIFIC SA				INDEX SACI				
9	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 252 máximo: 504	241.022	277.100	139.658.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	279.000	140.616.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
10	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 540 máximo: 1080	271.544	312.200	337.176.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	314.000	339.120.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
11	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 162 máximo: 324	338.207	388.900	126.003.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	392.000	127.008.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
12	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 324 máximo: 648	259.033	297.800	192.974.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	300.000	194.400.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
13	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 360 máximo: 720	232.800	267.700	192.744.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	270.000	194.400.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
14	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 594 máximo: 1188	425.727	489.500	581.526.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	493.000	585.684.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
15	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 405 máximo: 810	316.581	364.000	294.840.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	367.000	297.270.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
16	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 126 máximo: 252	274.170	315.200	79.430.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	318.000	80.136.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
17	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 54 máximo: 108	246.356	283.300	30.596.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	285.000	30.780.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
18	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 549 máximo: 1098	269.521	309.900	340.270.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	312.000	342.576.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
19	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 144 máximo:	252.292	290.100	83.548.800	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA	15%	292.000	84.096.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences	16%

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CA
Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Área de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

				GT SCIENTIFIC SA						INDEX SACI			
			UNIDAD	288			nro_certificado_origen_nacional: no aplica					procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	
20	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 54 máximo: 108	304.021	349.600	37.756.800	15%	352.000	38.016.000	16%	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A
21	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 108 máximo: 216	266.264	306.200	66.139.200	15%	308.000	66.528.000	16%	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A
22	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 630 máximo: 1260	450.411	517.900	652.554.000	15%	522.000	657.720.000	16%	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A
23	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 72 máximo: 144	218.499	251.200	36.172.800	15%	253.000	36.432.000	16%	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A
24	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 72 máximo: 144	271.597	312.300	44.971.200	15%	315.000	45.360.000	16%	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A
25	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	233.071	268.000	19.296.000	15%	270.000	19.440.000	16%	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A
26	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	226.805	260.800	18.777.600	15%	263.000	18.936.000	16%	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A
27	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 351 máximo: 702	396.684	456.100	320.182.200	15%	460.000	322.920.000	16%	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A
28	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 72 máximo: 144	274.578	315.700	45.460.800	15%	318.000	45.792.000	16%	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A
29	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 747 máximo: 1494	279.181	321.000	479.574.000	15%	323.000	482.562.000	16%	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A
30	41116004-	Anticuerpo	unidad de medida:	mínimo:	396.684	456.100	328.392.000	15%	460.000	331.200.000	16%	marca: Beckman	marca: Becton Dickinson

Fabricio Andreotti
Abog. Matr. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CCV
Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Area de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 “PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL” - ID 471.562.-

		GT SCIENTIFIC SA					INDEX SACTI					
	983	Monoclonal para Citometria de Flujo	Determinación presentación: UNIDAD	360 máximo: 720				fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica			fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	
31	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 513 máximo: 1026	259.260	298.100	305.850.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica	15%	300.000	307.800.000	16%
32	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 360 máximo: 720	265.221	305.000	219.600.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica	15%	307.000	221.040.000	16%
33	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 513 máximo: 1026	428.172	492.300	505.099.800	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica	15%	496.000	508.896.000	16%
34	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 1161 máximo: 2322	253.636	291.600	677.095.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica	15%	294.000	682.668.000	16%
35	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 54 máximo: 108	278.815	320.600	34.624.800	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica	15%	323.000	34.884.000	16%
36	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 45 máximo: 90	257.610	296.200	26.658.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica	15%	298.000	26.820.000	16%
37	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 342 máximo: 684	237.623	273.200	186.868.800	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica	15%	275.000	188.100.000	16%
38	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 468 máximo: 936	242.307	278.600	260.769.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica	15%	281.000	263.016.000	16%
39	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 576 máximo: 1152	246.943	283.900	327.052.800	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica	15%	286.000	329.472.000	16%
40	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 90 máximo: 180	302.046	347.300	62.514.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica	15%	350.000	63.000.000	16%

Fabricio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CA
Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Area de Dx - Citometria de flujo
Servicio de Hematología



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 “PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL” - ID 471.562.-

						GT SCIENTIFIC SA				INDEX SACI			
41	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 261 máximo: 522	265.922	305.800	159.627.600	no aplica marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	308.000	160.776.000	nro certificado origen nacional: N/A marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
42	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 414 máximo: 828	612.319	704.100	582.994.800	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	710.000	587.880.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
43	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 801 máximo: 1602	255.285	293.500	470.187.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	296.000	474.192.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
44	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 972 máximo: 1944	366.578	421.500	819.396.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	425.000	826.200.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
45	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 90 máximo: 180	261.247	300.400	54.072.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	303.000	54.540.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
46	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 216 máximo: 432	239.456	275.300	118.929.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	277.000	119.664.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
47	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 1665 máximo: 3330	291.429	335.100	1.115.883.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	338.000	1.125.540.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
48	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 423 máximo: 846	944.181	1.085.800	918.586.800	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	1.095.000	926.370.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
49	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	276.319	317.700	22.874.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	320.000	23.040.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
50	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	292.033	335.800	24.177.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	338.000	24.336.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
51	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para	unidad de medida: Determinación	mínimo: 36	249.774	287.200	20.678.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech	15%	289.000	20.808.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and	16%

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CEA
Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Especialista de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología

0000225



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

				GT SCIENTIFIC SA				INDEX SACI				
		Citometria de Flujo	presentación: UNIDAD	máximo: 72			procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica				Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	
52	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	533.681	613.700	44.186.400	15%	619.000	44.568.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
53	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 180 máximo: 360	451.736	519.400	186.984.000	15%	524.000	188.640.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
54	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 792 máximo: 1584	321.770	370.000	586.080.000	15%	373.000	590.832.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
55	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 252 máximo: 504	298.815	343.600	173.174.400	15%	346.000	174.384.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
56	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 108 máximo: 216	280.794	322.900	69.746.400	15%	325.000	70.200.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
57	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 108 máximo: 216	243.736	280.200	60.523.200	15%	282.000	60.912.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
58	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 108 máximo: 216	304.641	350.300	75.664.800	15%	353.000	76.248.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
59	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 216 máximo: 432	250.218	287.700	124.286.400	15%	290.000	125.280.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
60	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 378 máximo: 756	266.943	306.900	232.016.400	15%	309.000	233.604.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
61	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 396 máximo: 792	277.491	319.100	252.727.200	15%	321.000	254.232.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CEH
Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Área de Dx - Citometria de flujo
Servicio de Hematología



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 “PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL” - ID 471.562.-

		GT SCIENTIFIC SA							INDEX SACI				
62	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 531 máximo: 1062	299.905	344.800	366.177.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	347.000	368.514.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
63	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 486 máximo: 972	324.876	373.600	363.139.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	376.000	365.472.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
64	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 324 máximo: 648	212.911	244.800	158.630.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	246.000	159.408.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
65	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	292.655	336.500	24.228.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	339.000	24.408.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
66	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 468 máximo: 936	323.256	371.700	347.911.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	374.000	350.064.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
67	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	216.809	249.300	17.949.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	251.000	18.072.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
68	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 180 máximo: 360	439.433	505.300	181.908.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	509.000	183.240.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
69	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 144 máximo: 288	294.773	338.900	97.603.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	341.000	98.208.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
70	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 270 máximo: 540	258.597	297.300	160.542.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	299.000	161.460.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
71	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 396 máximo: 792	272.226	313.000	247.896.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	315.000	249.480.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
72	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 144 máximo:	247.033	284.000	81.792.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA	15%	286.000	82.368.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences	16%

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GA
Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Área de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

					GT SCIENTIFIC SA				INDEX SACI				
			UNIDAD	288				nro_certificado_origen_nacional: no aplica				procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	
73	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 369 máximo: 738	255.948	294.300	217.193.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	296.000	218.448.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
74	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 1424 máximo: 2848	283.769	326.300	929.302.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	329.000	936.992.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
75	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	279.132	321.000	23.112.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	323.000	23.256.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
76	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 324 máximo: 648	270.238	310.700	201.333.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	313.000	202.824.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
77	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 189 máximo: 378	295.474	339.700	128.406.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	342.000	129.276.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
78	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 162 máximo: 324	273.833	314.900	102.027.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	317.000	102.708.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
79	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 72 máximo: 144	239.415	275.300	39.643.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	277.000	39.888.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
80	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 144 máximo: 288	307.615	353.700	101.865.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	356.000	102.528.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
81	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 360 máximo: 720	292.098	335.900	241.848.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	338.000	243.360.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
82	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 162 máximo: 324	381.586	438.800	142.171.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	442.000	143.208.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	16%
83	41116004-	Anticuerpo	unidad de medida:	mínimo:	288.074	331.200	23.846.400	marca: Beckman	15%	334.000	24.048.000	marca: Becton Dickinson	16%

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CCP
Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Área de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

					GT SCIENTIFIC SA					INDEX SACI					
	983	Monoclonal para Citometria de Flujo	Determinación presentación: UNIDAD	36 máximo: 72					fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica					fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	
84	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 144 máximo: 288	261.691	300.900	86.659.200		marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	303.000	87.264.000		marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
85	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 369 máximo: 738	268.914	309.200	228.189.600		marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	311.000	229.518.000		marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
86	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 144 máximo: 288	289.142	332.500	95.760.000		marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	335.000	96.480.000		marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
87	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 234 máximo: 458	268.533	308.800	144.518.400		marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	311.000	145.548.000		marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
88	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	261.578	300.800	21.657.600		marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	303.000	21.816.000		marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
89	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	239.388	275.200	19.814.400		marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	277.000	19.944.000		marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
90	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 504 máximo: 1008	235.794	271.100	273.268.800		marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	273.000	275.184.000		marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
91	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 654 máximo: 1368	324.224	372.800	509.990.400		marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	376.000	514.368.000		marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
92	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 504 máximo: 1008	297.397	342.000	344.736.000		marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	344.000	346.752.000		marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
93	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 108 máximo: 216	235.027	270.200	58.363.200		marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	272.000	58.752.000		marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina	16%

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CA
Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Área de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

		GT SCIENTIFIC SA						INDEX SACI					
		no aplica						nro certificado origen nacional: N/A					
94	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	minimo: 2682 máximo: 5364	293.486	337.500	1.810.350.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	340.000	1.823.760.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
95	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	minimo: 324 máximo: 648	240.430	276.400	179.107.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	278.000	180.144.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
96	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	minimo: 414 máximo: 828	337.297	387.800	321.098.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	391.000	323.748.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
97	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	minimo: 270 máximo: 540	275.437	316.700	171.018.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	319.000	172.260.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
98	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	minimo: 72 máximo: 144	258.935	297.700	42.868.800	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	300.000	43.200.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
99	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	minimo: 90 máximo: 180	502.427	577.700	103.986.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	582.000	104.760.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
100	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	minimo: 216 máximo: 432	268.914	309.200	133.574.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	311.000	134.352.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
101	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	minimo: 180 máximo: 360	270.815	311.400	112.104.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	314.000	113.040.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
102	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	minimo: 72 máximo: 144	255.666	294.000	42.336.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	296.000	42.624.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
103	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	minimo: 63 máximo: 126	293.006	336.900	42.449.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica	15%	339.000	42.714.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro certificado origen nacional: N/A	16%
104	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para	unidad de medida: Determinación	minimo: 54	302.827	348.200	37.605.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech	15%	351.000	37.908.000	marca: Becton Dickinson fabricante: Becton Dickinson and	16%

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GA
Hospital Central I.P.S.
ra. Carmen Cáceres Almeida
P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Area de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

		GT SCIENTIFIC SA						INDEX SACI				
		Citometria de Flujo	presentación: UNIDAD	máximo: 108			procedencia: USA/FRANCIA nro_certificado_origen_nacional: no aplica				Company, BD Biosciences procedencia: U.S.A. / Argentina nro_certificado_origen_nacional: N/A	
105	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 4464 máximo: 8928	243.371	279.800	2.498.054.400	15%	282.000	2.517.696.000	16%	
106	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 459 máximo: 918	259.943	298.900	274.390.200	15%	301.000	276.318.000	16%	
107	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 450 máximo: 900	349.743	402.200	361.980.000	15%	405.000	364.500.000	16%	
108	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 324 máximo: 648	262.249	301.500	195.372.000	15%	304.000	196.992.000	16%	
109	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 324 máximo: 648	209.494	240.900	156.103.200	15%	243.000	157.464.000	16%	
					Total	29.400.249.800			Total	29.622.620.000		

De acuerdo al Análisis de los precios ofertados: Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procedió a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro: En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Se solicitó desglose de precios al oferente, INDEX S.A.C.I., de la totalidad de los ítems comprendidos en el Lote 1, el cual respondió en tiempo y forma la solicitud, el cual fue verificado y aceptado por este comité evaluador.

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CEA

Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
C.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Área de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología

0000219



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

0000218

VII- CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

La evaluación técnica se realizó en base a las especificaciones técnicas descritas en el PBC de la citada licitación. Con relación a los equipos ofertados, fueron analizadas las características técnicas y contrastadas con las EETT solicitadas en el PBC.

Se presentaron dos oferentes, la empresa GT SCIENTIFIC S.A. y la empresa INDEX S.A.C.I.
Se adjunta la planilla con la descripción del equipo y marcadores con fluorocromos ofertados por la empresa ambas empresas.

EQUIPO AUTOMATIZADO CITÓMETRO DE FLUJO- PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO	G.T. SCIENTIFIC S.A.	INDEX S.A.C.I.
Número de equipo solicitado: 01 (un) nuevo sin uso, con fecha de fabricación no mayor a 3 (tres) años	CUMPLE	CUMPLE
Citómetro de flujo de 10 o más colores, 3 láseres.	CUMPLE (Citómetro de flujo Dx/FLEX, BECKMAN COULTER)	CUMPLE (Citómetro de flujo BD FACS Lyric, BECTON DICKINSON)
Software de Adquisición y Estación de trabajo	CUMPLE (Cyt Expert)	CUMPLE (BD FACSuite, BD FACSuite Clinical)
Software para Análisis de Citometría de Flujo, con capacidad de acceso simultáneo de al menos 3 usuarios	CUMPLE (KALUZA)	NO CUMPLE. NO ADJUNTÓ DOCUMENTO RESPALDATORIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ÍTEM.
Contar con Normas de Calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas	CUMPLE	NO CUMPLE. NO ADJUNTÓ DOCUMENTO RESPALDATORIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ÍTEM.
Contar con Normas de Calidad generales: ISO 13485	CUMPLE	NO CUMPLE. NO ADJUNTÓ DOCUMENTO RESPALDATORIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ÍTEM.
Contar con Certificación IVD o RUO	CUMPLE	NO CUMPLE. NO ADJUNTÓ DOCUMENTO RESPALDATORIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ÍTEM.
Integración a LIS	CUMPLE	NO CUMPLE. NO ADJUNTÓ DOCUMENTO RESPALDATORIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ÍTEM.
Software de gestión de órdenes, lista de trabajo y seguimiento	CUMPLE	NO CUMPLE. NO ADJUNTÓ DOCUMENTO RESPALDATORIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ÍTEM.
Dispersión de ángulo amplio para distinguir las células de los residuos	CUMPLE	CUMPLE
Dispersión de ángulo estrecho para detectar las partículas más grandes	CUMPLE	CUMPLE
Sistema digital con pantalla de datos de al menos 4 décadas	CUMPLE	CUMPLE
Sistemas de termorregulación para mantener el área óptica a una temperatura uniforme	CUMPLE	CUMPLE
Fotodiodos, tubos fotomultiplicadores (fluorescencia)	CUMPLE	CUMPLE
Láser Azul - Diodo de estado sólido, controlado por software	CUMPLE	CUMPLE
Láser Rojo - Diodo de estado sólido, controlado por software	CUMPLE	CUMPLE
Láser Violeta - Diodo de estado sólido controlado por software	CUMPLE	CUMPLE
Láseres de diodo de estado sólido enfocados de forma independiente	CUMPLE	CUMPLE
Celda de Flujo	CUMPLE	CUMPLE
Óptica de Recolección: Ópticas integradas fijas y celdas de flujo	CUMPLE	CUMPLE
Filtros ópticos intercambiables	CUMPLE	CUMPLE
Filtros de detectores: Láser azul, rojo y violeta	CUMPLE	CUMPLE
Detector de dispersión frontal	CUMPLE	CUMPLE
Detector de dispersión lateral	CUMPLE	CUMPLE
Fotodiodo de alto rendimiento con asistencia electrónica	CUMPLE	CUMPLE
Detectores de fluorescencia	CUMPLE	CUMPLE
Cargador de carrusel múltiple de tubos, muestreo automatizado, adquisición automatizada de listas de trabajo o muestro por placas	CUMPLE	NO CUMPLE. NO ADJUNTÓ DOCUMENTO RESPALDATORIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ÍTEM.
Procesamiento de Señal: Precisión digital con menos de 5% de error, y capacidad de selección mínima de 30 parámetros	CUMPLE	CUMPLE
Estación de trabajo: Sistema operativo compatible con el equipo Citómetro de Flujo	CUMPLE	CUMPLE
Temperatura de funcionamiento: 15-32° C	CUMPLE	CUMPLE

Fabrizio Andreotti
Abog. Matr. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ccj
Hospital Central I.P.S
Dra. Carmen Cáceres Aimeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Área de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

0000217

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MARCADORES CON FLUOROCROMOS

	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MARCADORES CON FLUOROCROMOS	G.T. SCIENTIFIC S.A.	INDEX S.A.C.I.
1	Anticuerpo Anti CD19 marcado con fluorocromo PC7 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD19/PECY7.	CUMPLE	CUMPLE
2	Anticuerpo Anti CD19 marcado con fluorocromo ECD para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD19/V605; CD19/ECD.	CUMPLE	CUMPLE
3	Anticuerpo Anti CD19 marcado con fluorocromo PC 5.5 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD19/APCH7; CD19/APC-A750; CD19/APC-eFluor780	CUMPLE	CUMPLE
4	Anticuerpo Anti CD 20 marcado con fluorocromo PB para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD20/V450; CD20/PB.	CUMPLE	CUMPLE
5	Anticuerpo Anti CD21 marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD21/V450; CD21/PB.	CUMPLE	CUMPLE
6	Anticuerpo Anti CD22 marcado con fluorocromo ECD para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD22/APC.	CUMPLE	CUMPLE
7	Anticuerpo Anti CD22 marcado con fluorocromo ECD para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD22/PerCPCy5.5; CD22/PerCP-eFluor710.	CUMPLE	CUMPLE
8	Anticuerpo Anti CD23 marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD23/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
9	Anticuerpo Anti CD3 marcado con fluorocromo APC 750 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD3/APCH7; CD23/APC-A750.	CUMPLE	CUMPLE
10	Anticuerpo Anti CD3 marcado con fluorocromo APC 750 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD3/APC.	CUMPLE	CUMPLE
11	Anticuerpo Anti CD3 marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD3/PerCPCy5.5.	CUMPLE	CUMPLE
12	Anticuerpo Anti CD3 marcado con fluorocromo PB para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD3/V450; CD3/PB.	CUMPLE	CUMPLE
13	Anticuerpo Anti CD5 marcado con fluorocromo APC para uso en técnica de Citometria de Flujo, o equivalente: CD5/APC.	CUMPLE	CUMPLE
14	Anticuerpo Anti CD5 marcado con fluorocromo APC para uso en técnica de Citometria de Flujo, o equivalente: CD5/PerCPCy5.5.	CUMPLE	CUMPLE
15	Anticuerpo Anti CD7 marcado con fluorocromo PC 7 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD7/APC.	CUMPLE	CUMPLE
16	Anticuerpo Anti CD7 marcado con fluorocromo PC 7 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD7/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
17	Anticuerpo Anti CD7 marcado con fluorocromo PC 7 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD7/V450; CD7/PB; CD7/eFluor450.	CUMPLE	CUMPLE
18	Anticuerpo Anti CD8 marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometria de Flujo: CD8/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
19	Anticuerpo Anti CD8 marcado con fluorocromo APC 700 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD8/APCH7; CD8/APC-A700; CD8/APC-eFluor780.	CUMPLE	CUMPLE
20	Anticuerpo Anti CD4 marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD4/PerCPCy5.5.	CUMPLE	CUMPLE
21	Anticuerpo Anti CD4 marcado con fluorocromo APC 750 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD4/APCH7; CD4/APC-A750; CD4/APC-eFluor780.	CUMPLE	CUMPLE
22	Anticuerpo Anti CD4 marcado con fluorocromo PB para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD4/V450; CD4/PB; CD4/SuperBright436.	CUMPLE	CUMPLE
23	Anticuerpo Anti CD2 marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometria de Flujo: CD2/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
24	Anticuerpo Anti CD2 marcado con fluorocromo APC para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD2/PECY7.	CUMPLE	CUMPLE
25	Anticuerpo Anti CD1a marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometria de Flujo: CD1a/PE.	CUMPLE	CUMPLE
26	Anticuerpo Anti CD1a marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD1a/APC.	CUMPLE	CUMPLE
27	Anticuerpo Anti CD10 marcado con fluorocromo FITC para	CUMPLE	CUMPLE

Fabricio Andreotti
Abog. Matr. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CEH

Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Area de Dx - Citometria de flujo
Servicio de Hematología



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

0000216

	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MARCADORES CON FLUOROCROMOS	G.T. SCIENTIFIC S.A.	INDEX S.A.C.I.
	uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD10/APCH7.		
28	Anticuerpo Anti CD10 marcado con fluorocromo PC 7 para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD10/PECy7.	CUMPLE	CUMPLE
29	Anticuerpo Anti CD10 marcado con fluorocromo APC para uso en técnica de Citometría de Flujo: CD10/APC.	CUMPLE	CUMPLE
30	Anticuerpo Anti KAPPA marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: KAPPA/APC; KAPPA/APCH7.	CUMPLE	CUMPLE
31	Anticuerpo Anti KAPPA marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: KAPPA/PE; KAPPA/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
32	Anticuerpo Anti LAMBDA marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: LAMBDA/APCH7; LAMBDA/PECy7.	CUMPLE	CUMPLE
33	Anticuerpo Anti LAMBDA marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: LAMBDA/FITC; LAMBDA/PE.	CUMPLE	CUMPLE
34	Anticuerpo Anti CD56 marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometría de Flujo: CD56/PE.	CUMPLE	CUMPLE
35	Anticuerpo Anti CD56 marcado con fluorocromo PC 5.5 para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD56/PECy7.	CUMPLE	CUMPLE
36	Anticuerpo Anti CD57 marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometría de Flujo: CD57/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
37	Anticuerpo Anti CD103 marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometría de Flujo: CD103/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
38	Anticuerpo Anti CD81 marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometría de Flujo: CD81/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
39	Anticuerpo Anti CD81 marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD81/APCH7.	CUMPLE	CUMPLE
40	Anticuerpo Anti CD49d marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD49d/APCH7; CD49d/APC-A750.	CUMPLE	CUMPLE
41	Anticuerpo AntiMPO marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometría de Flujo: MPO/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
42	Anticuerpo Anti CD36 marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometría de Flujo: CD36/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
43	Anticuerpo Anti CD38 marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometría de Flujo: CD38/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
44	Anticuerpo Anti CD38 marcado con fluorocromo APC 700 para uso en técnica de Citometría de Flujo: CD38/APCH7; CD38/APC-A750.	CUMPLE	CUMPLE
45	Anticuerpo Anti CD61 marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometría de Flujo: CD61/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
46	Anticuerpo Anti FLAER o equivalente marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: FLAER/FITC; CD59/PE.	CUMPLE	CUMPLE
47	Anticuerpo Anti DR o Anti HLA-DR marcado con fluorocromo PB para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: HLADR/V450; HLADR/PB; HLADR/eFluor450.	CUMPLE	CUMPLE
48	Anticuerpo Anti CD16 marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometría de Flujo: CD16/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
49	Anticuerpo Anti CD16 marcado con fluorocromo PC 7 para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD16/PECy7.	CUMPLE	CUMPLE
50	Anticuerpo Anti CD16 marcado con fluorocromo PB para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD16/V450; CD16/PB.	CUMPLE	CUMPLE
51	Anticuerpo Anti IgD marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometría de Flujo: IgD/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
52	Anticuerpo Anti HLA-B27 marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometría de Flujo: HLAB27/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
53	Anticuerpo Anti ROR1 marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometría de Flujo: ROR1/PE.	CUMPLE	CUMPLE
54	Anticuerpo Anti CD200 marcado con fluorocromo PC7 para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD200/APC; CD200/PECy7; CD27/ECD.	CUMPLE	CUMPLE
55	Anticuerpo Anti ZAP70 marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometría de Flujo: ZAP70/PE.	CUMPLE	CUMPLE
56	Anticuerpo Anti CD26 marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometría de Flujo: CD26/PE.	CUMPLE	CUMPLE
57	Anticuerpo Anti CD279 marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometría de Flujo: CD279/PE.	CUMPLE	CUMPLE
58	Anticuerpo Anti CD161 marcado con fluorocromo PE para uso	CUMPLE	CUMPLE

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CEA
Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Área de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

0000215

	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MARCADORES CON FLUOROCROMOS	G.T. SCIENTIFIC S.A.	INDEX S.A.C.I.
	en técnica de Citometria de Flujo: CD161/PE.		
59	Anticuerpo Anti CD27 marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD27/PerCPCy5.5; CD27/PerCP-eFluor710.	CUMPLE	CUMPLE
60	Anticuerpo Anti CD27 marcado con fluorocromo APC 750 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD27/BV510; CD27/KRO; CD27/ECD.	CUMPLE	CUMPLE
61	Anticuerpo Anti CD13 marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometria de Flujo: CD13/PE.	CUMPLE	CUMPLE
62	Anticuerpo Anti TDT marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: TDT/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
63	Anticuerpo Anti CD71 marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD71/APCH7.	CUMPLE	CUMPLE
64	Anticuerpo Anti CD66c marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometria de Flujo: CD66c/PE.	CUMPLE	CUMPLE
65	Anticuerpo Anti TCR GAMMA DELTA marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometria de Flujo: TCR GAMMA DELTA/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
66	Anticuerpo Anti TCR GAMMA DELTA marcado con fluorocromo PC 5.5 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: TCR GAMMA DELTA/PECy7; TCR GAMMA DELTA/PerCP-eFluor710.	CUMPLE	CUMPLE
67	Anticuerpo Anti TCR ALFA BETA marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometria de Flujo: TCR ALFA BETA/PE.	CUMPLE	CUMPLE
68	Anticuerpo Anti TCR ALFA BETA marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: TCR CB1/PE.	CUMPLE	CUMPLE
69	Anticuerpo Anti CD157 marcado con fluorocromo PE para uso en técnica de Citometria de Flujo: CD157/PE.	CUMPLE	CUMPLE
70	Anticuerpo Anti CD79a marcado con fluorocromo APC para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD79a/PE.	CUMPLE	CUMPLE
71	Anticuerpo Anti CD79b marcado con fluorocromo PC 5.5 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD79b/PerCPCy5.5.	CUMPLE	CUMPLE
72	Anticuerpo Anti CD64 marcado con fluorocromo ECD para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD64/V450; CD64/PB; CD64/eFluor450.	CUMPLE	CUMPLE
73	Anticuerpo Anti CD64 marcado con fluorocromo ECD para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD64/PE.	CUMPLE	CUMPLE
74	Anticuerpo Anti CD117 marcado con fluorocromo PC 5.5 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD117/PECy7.	CUMPLE	CUMPLE
75	Anticuerpo Anti CD117 marcado con fluorocromo PC 5.5 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD117/PE.	CUMPLE	CUMPLE
76	Anticuerpo Anti CD117 marcado con fluorocromo PC 5.5 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD117/APC.	CUMPLE	CUMPLE
77	Anticuerpo Anti CD24 marcado con fluorocromo PC 5.5 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD24/APCH7; CD24/APC-eFluor780; CD24/APC-A750.	CUMPLE	CUMPLE
78	Anticuerpo Anti CD25 marcado con fluorocromo PC 7 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD25/PE.	CUMPLE	CUMPLE
79	Anticuerpo Anti CD28 marcado con fluorocromo PC 7 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD28/APC.	CUMPLE	CUMPLE
80	Anticuerpo Anti CD28 marcado con fluorocromo PC 7 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD28/PE.	CUMPLE	CUMPLE
81	Anticuerpo Anti CD11b marcado con fluorocromo APC 750 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD11b/APC.	CUMPLE	CUMPLE
82	Anticuerpo Anti CD11c marcado con fluorocromo PC 5.5 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD11c/PerCPCy5.5; CD11c/PerCP-eFluor710.	CUMPLE	CUMPLE
83	Anticuerpo Anti CD11c marcado con fluorocromo PC 5.5 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD11c/APC.	CUMPLE	CUMPLE
84	Anticuerpo Anti CD14 marcado con fluorocromo PC7 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD14/PECy7.	CUMPLE	CUMPLE
85	Anticuerpo Anti CD14 marcado con fluorocromo PC7 para uso en técnica de Citometria de Flujo o equivalente: CD14/APCH7; CD14/APC-A750; CD14/APC-eFluor780.	CUMPLE	CUMPLE
86	Anticuerpo Anti CD123 marcado con fluorocromo APC para	CUMPLE	CUMPLE

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CA
Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Area de Dx - Citometria de flujo
Servicio de Hematología



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

0000214

	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MARCADORES CON FLUOROCROMOS	G.T. SCIENTIFIC S.A.	INDEX S.A.C.I.
	uso en técnica de Citometría de Flujo: CD123/APC.		
87	Anticuerpo Anti CD123 marcado con fluorocromo APC para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD123/PE.	CUMPLE	CUMPLE
88	Anticuerpo Anti CD30 marcado con fluorocromo APC para uso en técnica de Citometría de Flujo: CD30/APC.	CUMPLE	CUMPLE
89	Anticuerpo Anti CD94 marcado con fluorocromo APC para uso en técnica de Citometría de Flujo: CD94/APC.	CUMPLE	CUMPLE
90	Anticuerpo Anti CD138 marcado con fluorocromo APC para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD138/BV421; CD138/PB.	CUMPLE	CUMPLE
91	Anticuerpo Anti CD138 marcado con fluorocromo APC para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD138/V500c; CD138/KRO.	CUMPLE	CUMPLE
92	Anticuerpo Anti CD33 marcado con fluorocromo APC para uso en técnica de Citometría de Flujo: CD33/APC.	CUMPLE	CUMPLE
93	Anticuerpo Anti CD99 marcado con fluorocromo APC para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD99/PE; CD99/ECD.	CUMPLE	CUMPLE
94	Anticuerpo Anti CD34 marcado con fluorocromo APC 700 para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD34/PerCPCy5.5; CD34/PerCP-eFluor710.	CUMPLE	CUMPLE
95	Anticuerpo Anti CD34 marcado con fluorocromo APC 700 para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD34/PE.	CUMPLE	CUMPLE
96	Anticuerpo Anti CD43 marcado con fluorocromo APC 750 para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD43/APCH7; CD43/APC-A750.	CUMPLE	CUMPLE
97	Anticuerpo Anti CD44 marcado con fluorocromo APC 750 para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD44/PE.	CUMPLE	CUMPLE
98	Anticuerpo Anti CD235a marcado con fluorocromo APC 750 para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD235/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
99	Anticuerpo Anti FMC7 marcado con fluorocromo PB para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: FMC7/V450; FMC7/PB.	CUMPLE	CUMPLE
100	Anticuerpo Anti IgM marcado con fluorocromo PC 5.5 para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: IgM/APC.	CUMPLE	CUMPLE
101	Anticuerpo Anti CD15 marcado con fluorocromo PB para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD15/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
102	Anticuerpo Anti CD15 marcado con fluorocromo PB para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD15/PerCPCy5.5; CD15/PerCP-eFluor710.	CUMPLE	CUMPLE
103	Anticuerpo Anti CD9 marcado con fluorocromo PB para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD9/V450; CD9/PB.	CUMPLE	CUMPLE
104	Anticuerpo Anti BCL2 marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometría de Flujo: BCL2/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
105	Anticuerpo Anti CD45 marcado con fluorocromo Kro para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD45/V500c; CD45/KRO; CD45/eFluor506.	CUMPLE	CUMPLE
106	Anticuerpo Anti CD45 marcado con fluorocromo Kro para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD45/V450; CD45/PB; CD45/e-Fluor450.	CUMPLE	CUMPLE
107	Anticuerpo Anti CD45 marcado con fluorocromo Kro para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD45/PerCPCy5.5.	CUMPLE	CUMPLE
108	Anticuerpo Anti CD45 marcado con fluorocromo Kro para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: CD45/FITC.	CUMPLE	CUMPLE
109	Marcador Anti 7AAD marcado con fluorocromo FITC para uso en técnica de Citometría de Flujo o equivalente: 7AAD/V450.	CUMPLE	CUMPLE

VIII- RECOMENDACIÓN DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS RECTORES de la Ley N° 7021/22 y su Decreto Reglamentario, el Pliego de Bases y Condiciones y las Resoluciones que se encuentran vigentes, se eleva a consideración de la Máxima Autoridad el presente informe de evaluación con la sugerencia de:

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CA

Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Área de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562.-

0000213

ADJUDICAR la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562, a la empresa: **GT SCIENTIFIC S.A con RUC N° 80900084-6, el LOTE 1** por un monto total de Gs. 29.400.249.800 (Veinte y nueve mil cuatrocientos millones doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos) IVA INCLUIDO; por cumplir con los requisitos legales, técnicos y financieros exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, previa reprogramación presupuestaria, conforme al Anexo I del presente Informe.


IX- DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente – CPS;
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación, el cual deberá estar inscripto en el registro de poderes;
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato;
- Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

Es nuestro informe.-

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL


Hospital Central I.P.S
Jra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Area de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

0000212

ANEXO 1

GT SCIENTIFIC S.A con RUC N° 8000084-6

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 2574 máximo: 5148	321.400	1.654.567.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
2	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 45 máximo: 90	273.100	24.579.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
3	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 405 máximo: 810	281.800	228.258.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
4	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 1647 máximo: 3294	358.100	1.179.581.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
5	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 45 máximo: 90	393.300	35.397.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
6	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 135 máximo: 270	311.000	83.970.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
7	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 306 máximo: 612	627.600	384.091.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
8	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 306 máximo: 612	292.400	178.948.800	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
9	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 252 máximo: 504	277.100	139.658.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
10	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 540 máximo: 1080	312.200	337.176.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
11	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 162 máximo: 324	388.900	126.003.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
12	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 324 máximo: 648	297.800	192.974.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
13	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 360 máximo: 720	267.700	192.744.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
14	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 594 máximo: 1188	489.500	581.526.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
15	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 405 máximo: 810	364.000	294.840.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
16	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 126 máximo: 252	315.200	79.430.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
17	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 54 máximo: 108	283.300	30.596.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
18	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 549 máximo: 1098	309.900	340.270.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
19	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 144 máximo: 288	290.100	83.548.800	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
20	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 54 máximo: 108	349.600	37.756.800	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
21	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 108 máximo: 216	306.200	66.139.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica

Fabrizio Andreotti
Abog. Matr. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CCA
Hospital Central I.P.S
Dra. Carmen Cáceres Almeida
P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Área de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

0000211

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
22	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 630 máximo: 1260	517.900	652.554.000	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
23	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 72 máximo: 144	251.200	36.172.800	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
24	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 72 máximo: 144	312.300	44.971.200	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
25	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 36 máximo: 72	268.000	19.296.000	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
26	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 36 máximo: 72	260.800	18.777.600	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
27	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 351 máximo: 702	456.100	320.182.200	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
28	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 72 máximo: 144	315.700	45.460.800	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
29	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 747 máximo: 1494	321.000	479.574.000	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
30	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 360 máximo: 720	456.100	328.392.000	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
31	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 513 máximo: 1026	298.100	305.850.600	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
32	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 360 máximo: 720	305.000	219.600.000	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
33	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 513 máximo: 1026	492.300	505.099.800	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
34	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 1161 máximo: 2322	291.600	677.095.200	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
35	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 54 máximo: 108	320.600	34.624.800	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
36	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 45 máximo: 90	296.200	26.658.000	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
37	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 342 máximo: 684	273.200	186.868.800	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
38	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 468 máximo: 936	278.600	260.769.600	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
39	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 576 máximo: 1152	283.900	327.052.800	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
40	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 90 máximo: 180	347.300	62.514.000	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
41	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 261 máximo: 522	305.800	159.627.600	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
42	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 414 máximo: 828	704.100	582.994.800	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
43	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 801 máximo: 1602	293.500	470.187.000	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
44	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 972 máximo: 1944	421.500	819.396.000	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Area de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

0000210

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
45	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 90 máximo: 180	300.400	54.072.000	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
46	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 216 máximo: 432	275.300	118.929.600	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
47	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 1665 máximo: 3330	335.100	1.115.883.000	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
48	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 423 máximo: 846	1.085.800	918.586.800	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
49	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	317.700	22.874.400	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
50	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	335.800	24.177.600	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
51	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	287.200	20.678.400	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
52	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	613.700	44.186.400	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
53	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 180 máximo: 360	519.400	186.984.000	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
54	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 792 máximo: 1584	370.000	586.080.000	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
55	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 252 máximo: 504	343.600	173.174.400	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
56	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 108 máximo: 216	322.900	69.746.400	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
57	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 108 máximo: 216	280.200	60.523.200	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
58	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 108 máximo: 216	350.300	75.664.800	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
59	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 216 máximo: 432	287.700	124.286.400	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
60	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 378 máximo: 756	306.900	232.016.400	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
61	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 396 máximo: 792	319.100	252.727.200	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
62	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 531 máximo: 1062	344.800	366.177.600	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
63	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 486 máximo: 972	373.600	363.139.200	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
64	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 324 máximo: 648	244.800	158.630.400	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
65	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	336.500	24.228.000	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
66	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 468 máximo: 936	371.700	347.911.200	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica
67	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometría de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	249.300	17.949.600	marca Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional: no aplica

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Área de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

0000209

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
68	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 180 máximo: 360	505.300	181.908.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
69	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 144 máximo: 288	338.900	97.603.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
70	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 270 máximo: 540	297.300	160.542.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
71	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 396 máximo: 792	313.000	247.896.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
72	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 144 máximo: 288	284.000	81.792.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
73	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 369 máximo: 738	294.300	217.193.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
74	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 1424 máximo: 2848	326.300	929.302.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
75	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	321.000	23.112.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
76	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 324 máximo: 648	310.700	201.333.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
77	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 189 máximo: 378	339.700	128.406.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
78	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 162 máximo: 324	314.900	102.027.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
79	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 72 máximo: 144	275.300	39.643.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
80	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 144 máximo: 288	353.700	101.865.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
81	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 360 máximo: 720	335.900	241.848.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
82	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 162 máximo: 324	438.800	142.171.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
83	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	331.200	23.846.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
84	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 144 máximo: 288	300.900	86.659.200	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
85	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 369 máximo: 738	309.200	228.189.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
86	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 144 máximo: 288	332.500	95.760.000	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
87	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 234 máximo: 468	308.800	144.518.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
88	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	300.800	21.657.600	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
89	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 36 máximo: 72	275.200	19.814.400	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
90	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo: 504 máximo: 1008	271.100	273.268.800	marca: Beckman fabricante: Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.365
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CAS
Hospital Central I.P.S.
Dra. Carmen Cáceres Almeida
R.P. N° 8.827 - Médica Patóloga
Area de Dx - Citometria de flujo
Servicio de Hematología



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

0000708

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
91	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 684 máximo 1368	372.800	509.990.400	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
92	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 504 máximo 1008	342.000	344.736.000	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
93	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 108 máximo 216	270.200	58.363.200	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
94	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 2682 máximo 5364	337.500	1.810.350.000	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
95	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 324 máximo 648	276.400	179.107.200	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
96	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 414 máximo 828	387.800	321.098.400	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
97	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 270 máximo 540	316.700	171.018.000	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
98	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 72 máximo 144	297.700	42.868.800	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
99	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 90 máximo 180	577.700	103.986.000	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
100	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 216 máximo 432	309.200	133.574.400	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
101	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 180 máximo 360	311.400	112.104.000	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
102	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 72 máximo 144	294.000	42.336.000	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
103	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 63 máximo 126	336.900	42.449.400	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
104	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 54 máximo 108	348.200	37.605.600	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
105	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 4464 máximo 8928	279.800	2.498.054.400	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
106	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 459 máximo 918	298.900	274.390.200	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
107	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 450 máximo 900	402.200	361.980.000	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
108	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 324 máximo 648	301.500	195.372.000	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
109	41116004-983	Anticuerpo Monoclonal para Citometria de Flujo	unidad de medida: Determinación presentación: UNIDAD	mínimo 324 máximo 648	240.900	156.103.200	marca Beckman fabricante Immunotech procedencia: USA/FRANCIA nro certificado origen nacional no aplica
					Monto Total	29.400.249.800	

MONTO TOTAL DE ADJUDICACION DEL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 48/25 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL" - ID 471.562, a la empresa: GT SCIENTIFIC S.A con RUC N° 80000084-6, el LOTE 1 por un monto total de Gs. 29.400.249.800 (Veinte y nueve mil cuatrocientos millones doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos) IVA INCLUIDO.-

Fabrizio Andreotti
Abog. Mat. C.S.J. 18.565
Dirección Jurídica -
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Carmen Cáceres Almeida
Hospital Central I.P.S.
N° 8.827 - Médica Patóloga
Área de Dx - Citometría de flujo
Servicio de Hematología