INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud (P167996)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 09/2025

"Adquisición de equipamientos tecnológicos para Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, Servicios de Atención Ambulatoria en Salud Mental y Adicciones y Unidades de Internación Psiquiátrica en Hospitales Generales" - Ad Referéndum al PGN 2026

ID DNCP N° 474586 - STEP N° PY-MSPBS-509073-GO-RFB

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 11 días del mes de diciembre de 2025, se reúnen en la oficina de la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP), sito en Pa´í Pérez 737 c/ Luís Alberto de Herrera, los miembros del Comité de Evaluación conformado de acuerdo a lo resuelto vía Resolución S.G Nº 741 de fecha 06 de octubre de 2025 que estipula en su *Artículo 5° Constituir el Comité de Evaluación de Ofertas para el llamado SDO LPN Nº 09/2025 "Adquisición de equipamientos tecnológicos para Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, Servicios de Atención Ambulatoria en Salud Mental y Adicciones y Unidades de Internación Psiquiátrica en Hospitales Generales". Ad Referéndum al PGN 2026. ID DNCP N° 474586* y en su *Artículo 6° "Disponer que dicho Comité estará conformado por los representantes de las siguientes dependencias: Dos (02) representantes de la UEP del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud, y Un (01) representante de la Dirección Nacional de Salud Mental".*

Al respecto, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto en la Resolución mencionada, la Gerencia de la UEP vía Nota DGG/UEP N° 1994/2025 procede a la designación de los representantes de la UEP. Así también, la Dirección Nacional de Salud Mental vía Nota DNSM N° 1274/2025 designa al representante técnico para formar parte del Comité de Evaluación.

Por lo expuesto, se constituye el Comité de Evaluación de la siguiente manera:

- *Abg. Moisés Paredes, Representante Jurídico de la UEP.*
- *Lic. Medes Mendoza, Representante Financiero de la UEP.*
- *Dr. Luis Alberto Fleitas, Representante Técnico de la DNSM.*

Posteriormente, mediante la Nota DNSM N° 1333/2025, de fecha 23 de diciembre de 2025, la Dirección Nacional de Salud Mental dispuso el reemplazo del Dr. Luis Alberto Fleitas por la Abg. Lorena Beatriz Melgarejo, quien pasa a integrar el Comité Evaluador en calidad de representante técnico, quedando el comité conformado de la siguiente manera:

- *Abg. Moisés Paredes, Representante Jurídico de la UEP.*
- *Lic. Medes Mendoza, Representante Financiero de la UEP.*
- *Abg. Lorena Beatriz Melgarejo, Representante Técnico de la DNSM.*

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN N° 09/2025

En ese sentido, se realizaron las comunicaciones oficiales correspondientes a fin de proceder al análisis de las ofertas presentadas por los licitantes, con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros exigidos.

Cabe mencionar que las bases de la licitación fueron elaboradas conforme a lo establecido en la Sección VI. Métodos de selección aprobados: Bienes, Obras y Servicios de No-Consultoría de las "Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión" del Banco Mundial (BIRF), que se encuentra incluido en el Sistema de Seguimiento de Planes de Adquisiciones del Proyecto (STEP) N° PY-MSPBS-509073-GO-RFB, y está considerado como Revisión Ex Post por el Banco Mundial.

El presente informe fue desarrollado conforme al siguiente esquema:

1. **Antecedentes.**
2. **Documentos del Acto de Apertura de Ofertas.**
3. **Identificación de Licitantess**
4. **Resumen de Evaluación.**
5. **Cuadro de Monitoreo de Precios.**
6. **Recomendación.**

1. ANTECEDENTES

1.1 En fecha 06 de octubre de 2025, por **Resolución S.G N° 741**, se autoriza el inicio del llamado de referencia, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones y se autoriza a conformar el Comité de Evaluación.

1.2 La Unidad Ejecutora del Proyecto, procedió a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Publica (DNCP) el inicio del llamado, a través de la nota DGG/UEP N° 1658/2025 de fecha 08 de octubre de 2025, el cual tuvo observaciones que fueron respondidos a través de la Nota DGG/UEP N° 1779/2025 de fecha 04 de noviembre de 2025 y la Nota DGG/UEP N° 1800/2025 de fecha 07 de noviembre de 2025.

1.3 El llamado fue publicado en el portal web de Contrataciones Públicas (SICP) en fecha 11 de noviembre de 2025, en el siguiente enlace https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1f0a444a-1551-62a8-97b8-d9c74f8c06b9.html, quedando oficialmente abierta la convocatoria a los Licitantes.

1.4 El Sistema de Adjudicación de la presente licitación es: **Por Ítem.**

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

1.5 El costo referencial del llamado fue publicado en el portal del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1f0a444a-1551-62a8-97b8-d9c74f8c06b9.html#itemSolicitados, para conocimiento del público en general y en concordancia con las normativas de transparencia:

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad	Precio Unitario Estimado	Monto	Acciones
1	43211508-9994	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - AVANZADA **En catálogo:** Computadora de Escritorio - Avanzada	• **Unidad de Medida:** Unidad	38	₲ 12.000.000	₲ 456.000.000	Especificaciones
2	43211509-9995	COMPUTADORAS PORTATILES - INTERMEDIA **En catálogo:** Computadoras portátiles - Intermedia	• **Unidad de Medida:** Unidad	4	₲ 8.500.000	₲ 34.000.000	Especificaciones
3	39121004-996	UPS de 1200 VA	• **Unidad de Medida:** Unidad	38	₲ 1.400.000	₲ 53.200.000	Ver Catalogo
4	44103201-001	RELOJ MARCADOR BIOMETRICO **En catálogo:** Reloj marcador biometrico	• **Unidad de Medida:** Unidad	6	₲ 2.396.000	₲ 14.376.000	Ver Catalogo
5	44101501-002	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL **En catálogo:** Fotocopiadora Multifuncional	• **Unidad de Medida:** Unidad	2	₲ 24.400.000	₲ 48.800.000	Ver Catalogo
6	43212105-001	IMPRESORA LÁSER MONOCROMATICO **En catálogo:** Impresora laser blanco y negro	• **Unidad de Medida:** Unidad	36	₲ 5.500.000	₲ 198.000.000	Ver Catalogo
7	45111609-001	PROYECTOR DIGITAL CON SOPORTE DE TECHO INSTALADO **En catálogo:** Proyector multimedia	• **Unidad de Medida:** Unidad	8	₲ 3.800.000	₲ 30.400.000	Ver Catalogo
8	45111603-001	PIZARRA RETRACTIL PARA PROYECTOR **En catálogo:** Pantalla de proyeccion	• **Unidad de Medida:** Unidad	8	₲ 1.500.000	₲ 12.000.000	Ver Catalogo
9	46191505-9998	SISTEMA DE BOTÓN DE PANICO CON INSTALACION Y/O INALAMBRICO **En catálogo:** Pulsador manual para alarma de incendio	• **Unidad de Medida:** Unidad	12	₲ 1.500.000	₲ 18.000.000	Ver Catalogo
10	52161512-004	PARLANTE **En catálogo:** Bafle o parlante	• **Unidad de Medida:** Unidad	2	₲ 2.700.000	₲ 5.400.000	Ver Catalogo
11	52161520-001	MICRÓFONO **En catálogo:** Micrófono con soporte de mesa	• **Unidad de Medida:** Unidad	4	₲ 1.800.000	₲ 7.200.000	Ver Catalogo

2. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

En fecha 10 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas, y de conformidad con lo establecido en la Solicitud de Oferta (SDO), se procedió al cierre del plazo para la recepción de ofertas.

Posteriormente, a las 10:30 horas, se llevó a cabo el acto de apertura de sobres, registrándose la presentación de ofertas por parte de cuatro (4) licitantes, en dicho acto se procedió a la lectura del nombre de los licitantes, de los montos ofertados por ítem y la verificación de la presentación de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. No habiéndose formulado observaciones, el acta correspondiente fue suscrita por los representantes de la Unidad de Gestión del Proyecto y por los representantes de los Licitantes. Las ofertas presentadas es conforme al detalle que se expone a continuación:

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF N° 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	LICITANTE: ITCS S.A		LICITANTE: DATA LAB S.A		LICITANTE: SEGEL S.A		LICITANTE: DARIO OLMEDO ELECTRONICA	
		Monto total de la oferta en Gs.	Declaración de Mantenimiento de Oferta	Monto total de la oferta en Gs.	Declaración de Mantenimiento de Oferta	Monto total de la oferta en Gs.	Declaración de Mantenimiento de Oferta	Monto total de la oferta en Gs.	Declaración de Mantenimiento de Oferta
1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - AVANZADA	475.000.000	Presenta Declaración de Mantenimiento de Oferta	457.254.000	Presenta Declaración de Mantenimiento de Oferta	519.373.702	Presenta Declaración de Mantenimiento de Oferta	NO COTIZA	Presenta Declaración de Mantenimiento de Oferta
2	COMPUTADORAS PORTATILES - INTERMEDIA	NO COTIZA		NO COTIZA		38.973.888		NO COTIZA	
3	UPS DE 1200 VA	NO COTIZA		NO COTIZA		69.072.904		33.820.000	
4	RELOJ BIOMETRICO	41.184.000		NO COTIZA		37.095.000		NO COTIZA	
5	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA	
6	IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA	
7	PROYECTOR DIGITAL CON SOPORTE DE TECHO INSTALADO	NO COTIZA		NO COTIZA		45.097.776		54.320.000	
8	PIZARRA RETRACTIL PARA PROYECTOR	NO COTIZA		NO COTIZA		16.388.888		16.800.000	
9	SISTEMA DE BOTÓN DE PANICO CON INSTALACIÓN Y/O INALAMBRICO	NO COTIZA		NO COTIZA		18.065.856		20.280.000	
10	PARLANTE	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		15.800.000	
11	MICRÓFONO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		10.000.000	

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

3. IDENTIFICACIÓN DE LICITANTES

N°	LICITANTE	RUC	REPRESENTANTE	DIRECCIÓN	CIUDAD /PAIS	TELEFONO	CORREO
1	ITCS S.A	80046953-4	Cesar Romeo Acosta Formoso	Sgto. Gauto esq. Diego de Silva y Velazquez	Asunción - Paraguay	021 728 8222	licitaciones@itcs.com.py
2	DATA LAB S.A	80030218-4	Mirta Morinigo de Rojas	Avda. Artigas 1645	Asunción - Paraguay	021 209 126	datalab@datalab.com.py mirta.morinigo@datalab.com.py
3	SEGEL S.A	80026570-0	Michael Herschkowicz	Avda. Artigas 2427	Asunción - Paraguay	021 238 8000	licitaciones@segel.com.py
4	DARIO OLMEDO	2346757-6	Dario Rene Olmedo Benitez	CAP. HUMBERTO RIVAROLA 514 CASI BENIGNO CÁCERES	Asunción - Paraguay	0981 959 424	dario.bbo@gmail.com

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

4. RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CONFORME AL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS)

ITEM	DESCRIPCIÓN	LICITANTES			
		ITCS S.A	DATA LAB S.A	SEGEL S.A	DARIO OLMEDO
1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - AVANZADA	475.000.000	457.254.000	519.373.702	NO COTIZA
2	COMPUTADORAS PORTATILES - INTERMEDIA	NO COTIZA	NO COTIZA	38.973.888	NO COTIZA
3	UPS DE 1200 VA	NO COTIZA	NO COTIZA	69.072.904	33.820.000
4	RELOJ BIOMETRICO	41.184.000	NO COTIZA	37.095.000	NO COTIZA
5	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICO	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	PROYECTOR DIGITAL CON SOPORTE DE TECHO INSTALADO	NO COTIZA	NO COTIZA	45.097.776	54.320.000
8	PIZARRA RETRACTIL PARA PROYECTOR	NO COTIZA	NO COTIZA	16.388.888	16.800.000
9	SISTEMA DE BOTÓN DE PANICO CON INSTALACIÓN Y/O INALAMBRICO	NO COTIZA	NO COTIZA	18.065.856	20.280.000
10	PARLANTE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	15.800.000
11	MICRÓFONO	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	10.000.000

Conforme se puede observar en el cuadro, no se han recibido ofertas/cotizaciones para los Ítems 5 y 6. En consecuencia, se procede con la evaluación de los Ítems para los cuales sí se han recibido ofertas.

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

4.2. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES

4.2.1. CONSULTAS REALIZADAS

En el marco de la revisión de ofertas, y conforme a lo establecido en la Solicitud de Oferta (SDO) – *IAL 27 Aclaraciones de Ofertas*, se procedió a solicitar aclaraciones y documentaciones a los Licitantes conforme al siguiente detalle:

4.2.1.1. LICITANTE: ITCS S.A.

	DOCUMENTOS SOLICITADOS	NOTA DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE PRESENTACIÓN/OBSERVACIÓN
1	Presentar los Informes del Auditor Externo de los 5 (cinco) balances generales de los periodos (2020-2021-2022-2023-2024) presentados con su oferta	2086/2025	15/12/2025	16/12/2026
2	Presentar cartas de aceptación satisfactoria del cliente o buen cumplimiento del contrato, correspondientes a los contratos presentados con la oferta.			
3	Ítem 1: Presentar catálogo del teclado y del mouse del bien ofertado	328/2026	23/03/2026	Los pedidos fueron reiterados a través de la Nota UEP N° 698/2026 el 27/04/2026
4	Ítem 1: Presentar la Garantía exigida en las especificaciones técnicas, punto 24			
5	Ítem 1: Presentar el documento exigido en las especificaciones técnicas, punto 25			
6	Ítem 4: Documento requerido en las EETT, punto 10			

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

	DOCUMENTOS SOLICITADOS	NOTA DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE PRESENTACIÓN/OBSERVACIÓN
7	Ítem 4: Garantía exigida en las EETT, punto 11			Los pedidos fueron reiterados a través de la Nota UEP N° 698/2026 el 27/04/2026
8	Ítem 4: Documento requerido en las EETT, punto 12			
9	Ítem 1: Presentar catálogo del teclado y del mouse del bien ofertado	628/2026	27/04/2026	La empresa no presentó la documentación solicitada, pero el Comité Técnico consideró por cumplido este requisito, teniendo en cuenta que en la planilla de especificaciones técnicas ofertadas (documento con carácter de Declaración Jurada) el licitante indicó las características del mouse y del teclado.
10	Ítem 1: Presentar la Garantía exigida en las especificaciones técnicas, punto 24			Se reiteró nuevamente el pedido a la empresa; sin embargo, considerando que el licitante no presentó la respuesta y tampoco consignó el plazo requerido de 36 meses en la planilla de especificaciones técnicas ofertadas, el Comité Técnico determinó que el requisito no podía darse por cumplido.

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

	DOCUMENTOS SOLICITADOS	NOTA DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE PRESENTACIÓN/OBSERVACIÓN
11	Ítem 1: Presentar el documento exigido en las especificaciones técnicas, punto 25			La empresa no presentó la documentación solicitada, pero el Comité Técnico consideró por cumplido este requisito, teniendo en cuenta que en la planilla de especificaciones técnicas ofertadas (documento con carácter de Declaración Jurada), el licitante indicó a NESTER PARAGUAY como CAS para la provisión de la asistencia técnica especializada, conforme a lo requerido en el punto 25 de las EETT.
12	Ítem 4: Documento requerido en las especificaciones técnicas, punto 10			La empresa no presentó la documentación solicitada; no obstante, el Comité Técnico consideró cumplido este requisito, teniendo en cuenta que, en la planilla de especificaciones técnicas ofertadas, documento presentado con carácter de Declaración Jurada, el licitante consignó expresamente que ofertaba asistencia técnica, mantenimiento, garantía, instalación y capacitación para el uso del reloj y del software por un periodo de 2 años.

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

	DOCUMENTOS SOLICITADOS	NOTA DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE PRESENTACIÓN/OBSERVACIÓN
13	Ítem 4: Garantía exigida en las especificaciones técnicas, punto 11			La empresa no presentó la documentación solicitada; no obstante, el Comité Técnico consideró cumplido este requisito, teniendo en cuenta que, en la planilla de especificaciones técnicas ofertadas, documento presentado con carácter de Declaración Jurada, el licitante consignó expresamente que ofertaba la Garantía por 12 meses.
14	Ítem 4: Documento requerido en las especificaciones técnicas, punto 12			La empresa no presentó la documentación solicitada, pero el Comité Técnico consideró por cumplido este requisito, teniendo en cuenta que en la planilla de especificaciones técnicas ofertadas (documento con carácter de Declaración Jurada), el licitante indicó a Aycom S.R.L como CAS para la provisión de la asistencia técnica especializada, conforme a lo requerido en el punto 12 de las EETT.

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

4.2.1.2. LICITANTE: DATA LAB S.A

	DOCUMENTOS SOLICITADOS	NOTA DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE PRESENTACIÓN/OBSERVACIÓN
1	Presentar copia de los 5 (cinco) balances generales de los siguientes periodos (2020-2021-2022-2023-2024), con los informes del auditor externo	2087/2025	15/12/2025	17/12/2025
2	Presentar Formulario de Especificaciones Técnicas correspondiente al bien ofertado			
3	Ítem 1: Presentar la AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE, REPRESENTANTE Y/O DISTRIBUIDOR	329/2026	23/02/2026	No se ha recibido la respuesta correspondiente y teniendo en cuenta que ya venció el plazo de validez de su oferta y que el mismo no extendió su validez conforme a lo requerido, ya no se reiteró el pedido.
4	Ítem 1: Presentar el catálogo del teclado y del mouse ofertado.			La empresa no presentó la documentación solicitada, pero el Comité Técnico consideró por cumplido este requisito, teniendo en cuenta que en la planilla de especificaciones técnicas ofertadas (documento con carácter de Declaración Jurada) el licitante indicó las características del mouse y del teclado.

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

	DOCUMENTOS SOLICITADOS	NOTA DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE PRESENTACIÓN/OBSERVACIÓN
5	Ítem 1: Presentar la garantía exigida en las especificaciones técnicas, punto 24.			La empresa no presentó la documentación solicitada, pero el Comité Técnico consideró por cumplido este requisito, teniendo en cuenta que en la planilla de especificaciones técnicas ofertadas (documento con carácter de Declaración Jurada) el licitante indicó el plazo de garantía de 36 meses requerido en el punto 24 de las EETT.
6	Ítem 1: Presentar el documento exigido en las especificaciones técnicas, punto 25.			La empresa no presentó la documentación solicitada, pero el Comité Técnico consideró por cumplido este requisito, teniendo en cuenta que en la planilla de especificaciones técnicas ofertadas (documento con carácter de Declaración Jurada), el licitante indicó a DIESA S.A como CAS para la provisión de la asistencia técnica especializada, conforme a lo requerido en el punto 25 de las EETT.

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

4.2.1.3. LICITANTE: SEGEL S.A

	DOCUMENTOS SOLICITADOS	NOTA DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE PRESENTACIÓN/OBSERVACIÓN
1	Presentar copia de los 5 (cinco) balances generales de los siguientes periodos (2020-2021-2022-2023-2024), con los informes del auditor externo	2088/2025	15/12/2025	16/12/2025
2	Presentar contratos u órdenes de compra con sus correspondientes cartas de aceptación satisfactoria del cliente o buen cumplimiento del contrato			
3	Presentar la AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE, REPRESENTANTE Y/O DISTRIBUIDOR de todos los bienes ofertados. (ÍTEM 1 - 2 - 3 - 4 - 7 -8 - 9)	326/2026	23/02/2026	En fecha 25/02/2026 presentó la autorización del fabricante correspondiente a los Ítems 1, 2, 3 y 7. No presentó de los Ítems 4, 8 y 9 por lo que fue reiterado el pedido a través de la Nota UEP N° 826/2026 el 19/05/2026.
4	Ítem 1: Presentar catálogo del teclado y del mouse del bien ofertado.			25/02/2026
5	Ítem 1: Presentar la garantía exigida en las especificaciones técnicas, punto 24.			
6	Ítem 1: Presentar el documento exigido en las especificaciones técnicas, punto 25.			
7	Ítem 1: Presentar las certificaciones requeridas en las especificaciones técnicas, punto 26.			
8	Ítem 1: Presentar la lista de los Componentes del equipo y números de parte, requerido en las especificaciones técnicas, punto 27			

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
"PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF N° 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

	DOCUMENTOS SOLICITADOS	NOTA DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE PRESENTACIÓN/OBSERVACIÓN
9	Ítem 2: Presentar catálogo del teclado del bien ofertado.	326/2026	23/02/2026	La empresa no presentó la documentación solicitada, pero el Comité Técnico consideró por cumplido este requisito, teniendo en cuenta que en la planilla de especificaciones técnicas ofertadas (documento con carácter de Declaración Jurada), el licitante indicó las características del bien ofertado.
10	Ítem 2: Presentar la garantía exigida en las especificaciones técnicas, punto 25.			25/02/2026
11	Ítem 2: Presentar el documento exigido en las especificaciones técnicas, punto 26.			
12	Ítem 2: Presentar las certificaciones requeridas en las especificaciones técnicas, punto 27.			
13	Ítem 2: Presentar la lista de los Componentes del equipo y números de parte, requerido en las especificaciones técnicas, punto 28.			
14	Ítem 3: Presentar catálogo del bien ofertado.			
15	Ítem 3: Presentar la garantía exigida en las especificaciones técnicas, punto 23.			
16	Ítem 3: Presentar el documento exigido en las especificaciones técnicas, punto 24.			
17	Ítem 3: Presentar las certificaciones exigidas en las especificaciones técnicas, punto 25.			

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

	DOCUMENTOS SOLICITADOS	NOTA DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE PRESENTACIÓN/OBSERVACIÓN
18	Ítem 4: Documento requerido en las especificaciones técnicas, punto 10	326/2026	23/02/2026	Los pedidos fueron reiterados a través de la Nota UEP N° 697/2026 el 27/04/2026
19	Ítem 4: Garantía exigida en las especificaciones técnicas, punto 11			
20	Ítem 4: Documento requerido en las especificaciones técnicas, punto 12			
21	Ítem 7: Presentar la garantía exigida en las especificaciones técnicas, punto 23.			25/02/2026
22	Ítem 7: Presentar las certificaciones exigidas en las especificaciones técnicas, punto 25			
23	Ítem 8: Presentar la garantía exigida en las especificaciones técnicas, punto 6.			El pedido fue reiterado a través de la Nota UEP N° 697/2026 el 27/04/2026
24	Ítem 4: Documento requerido en las especificaciones técnicas, punto 10	697/2026	27/04/2026	Se reiteró nuevamente el pedido a la empresa; sin embargo, considerando que el licitante no presentó la respuesta y tampoco consignó el plazo requerido de 2 años en la planilla de especificaciones técnicas ofertadas, para la asistencia técnica, mantenimiento, garantía, instalación, capacitación para el uso del reloj y software requerido, el Comité Técnico determinó que el requisito no podía darse por cumplido.

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

	DOCUMENTOS SOLICITADOS	NOTA DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE PRESENTACIÓN/OBSERVACIÓN
25	Ítem 4: Garantía exigida en las especificaciones técnicas, punto 11	697/2026	27/04/2026	Se reiteró nuevamente el pedido a la empresa; sin embargo, considerando que el licitante no presentó la respuesta y tampoco consignó el plazo requerido de 12 meses en la planilla de especificaciones técnicas ofertadas, para la Garantía requerida, el Comité Técnico determinó que el requisito no podía darse por cumplido.
26	Ítem 4: Documento requerido en las especificaciones técnicas, punto 12			Se reiteró nuevamente el pedido a la empresa; sin embargo, considerando que el licitante no presentó la respuesta correspondiente y tampoco consignó el CAS requerido para la realización de la Asistencia Técnica Especializada en la planilla de especificaciones técnicas ofertadas, el Comité Técnico determinó que el requisito no podía darse por cumplido.
27	Ítem 8: Presentar la garantía exigida en las especificaciones técnicas, punto 6.			29/04/2026

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

	DOCUMENTOS SOLICITADOS	NOTA DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE PRESENTACIÓN/OBSERVACIÓN
28	Presentar la AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE, REPRESENTANTE Y/O DISTRIBUIDOR, de los ítems 4, 8 y 9 de los bienes ofertados	826/2026	19/05/2026	En fecha 20/05/2026 presentó la autorización del fabricante y/o Distribuidor correspondiente a los Ítems 8 y 9. No presentó el documento requerido del Ítem 4.
29	Documento en el cual se exponga el análisis detallado/pormenorizado del desglose del precio de su oferta y la justificación correspondiente, de los ítems 7 y 8.	833/2026	20/05/2026	22/05/2026

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURÍDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

4.2.1.4. LICITANTE: DARIO OLMEDO

	DOCUMENTOS SOLICITADOS	NOTA DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE PRESENTACIÓN/OBSERVACIÓN
1	Presentar copia de los 5 (cinco) balances generales de los siguientes periodos (2020-2021-2022-2023-2024), con los informes del auditor externo	2089/2025	15/12/2025	17/12/2025
2	Presentar contratos u órdenes de compra con sus correspondientes cartas de aceptación satisfactoria del cliente o buen cumplimiento del contrato			
3	Presentar Fotocopia del Certificado de Cumplimiento Tributario			
4	Presentar la AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE, REPRESENTANTE Y/O DISTRIBUIDOR de todos los bienes ofertados. (ÍTEM 3 - 7 -8 - 9 - 10 y 11)	327/2026	23/02/2026	En fecha 25/02/2026 presentó la autorización del fabricante correspondiente a los Ítems 3 y 7. No presentó de los Ítems 8, 9, 10 y 11 por lo que fue reiterado el pedido a través de la Nota UEP N° 827/2026 el 19/05/2026.
5	Ítem 3: Presentar la garantía exigida en las especificaciones técnicas, punto 23.	327/2026	23/02/2026	25/02/2026
6	Ítem 3: Presentar el documento exigido en las especificaciones técnicas, punto 24.			
7	Ítem 3: Presentar las certificaciones exigidas en las especificaciones técnicas, punto 25.			
8	Ítem 7: Presentar la garantía exigida en las especificaciones técnicas, punto 23.			

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY · UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

	DOCUMENTOS SOLICITADOS	NOTA DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE PRESENTACIÓN/OBSERVACIÓN
9	Ítem 8: Presentar el catálogo del bien ofertado	327/2026	23/02/2026	25/02/2026
10	Ítem 8: Presentar la garantía exigida en las especificaciones técnicas, punto 6.			
11	Ítem 9: Presentar el catálogo del bien ofertado			
12	Ítem 10: Presentar el catálogo del bien ofertado.			El pedido fue reiterado a través de la Nota UEP N° 699/2026 el 27/04/2026
13	Ítem 10: Presentar la garantía exigida en las especificaciones técnicas, punto 16.			25/02/2026
14	Ítem 10: Presentar las certificaciones requeridas en las especificaciones técnicas, punto 18.			
15	Ítem 11: Presentar el catálogo del bien ofertado.			
16	Ítem 11: Presentar la garantía exigida en las especificaciones técnicas, punto 6.			
17	Ítem 11: Presentar las certificaciones requeridas en las especificaciones técnicas, punto 7.			
18	Ítem 10: Presentar el catálogo del bien ofertado.	699/2026	27/04/2026	28/04/2026
19	Presentar la AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE, REPRESENTANTE Y/O DISTRIBUIDOR de todos los bienes ofertados. (ÍTEM 8 - 9 - 10 y 11)	827/2026	19/05/2026	20/05/2026
20	Documento en el cual se exponga el análisis detallado/pormenorizado del desglose del precio de su oferta y la justificación correspondiente, de los ítems 10 y 11	841/2026	20/05/2026	En fecha 21/05/2026 presentó el desglose de precio de su oferta correspondiente al Ítem 11. No presentó del Ítem 10.

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY · UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

4.2.2. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DOCUMENTACIONES

Luego de las consultas realizadas y las respuestas recibidas, se procedió a la verificación y el análisis de las documentaciones presentadas por los licitantes conforme a lo requerido en la Solicitud de Oferta (SDO) en las *IAL 11.1 (j) y el numeral iii. Prueba documental de la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.*

DOCUMENTACIONES REQUERIDAS		ITCS S.A	DATA LAB S.A	SEGEL S.A	DARIO OLMEDO
		CUMPLE /NO CUMPLE	CUMPLE /NO CUMPLE	CUMPLE /NO CUMPLE	CUMPLE /NO CUMPLE
1	Carta de la Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Lista de Precios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Declaración de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Balance General auditado (2020-2021-2022-2023-2024)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Fotocopia de los documentos que acrediten la existencia legal de la empresa tales como Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales, inscripto en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos o equivalente emitido por la entidad competente para oferentes no domiciliados en Paraguay	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
6	Fotocopia del poder otorgado por Escritura Pública o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante para firmar contratos, tales como actas de asamblea y de directorio, en el caso de las sociedades anónimas, o su equivalente, según la ley del domicilio, para oferentes no domiciliados en Paraguay.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Medes Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

	DOCUMENTACIONES REQUERIDAS	ITCS S.A	DATA LAB S.A	SEGEL S.A	DARIO OLMEDO
		CUMPLE /NO CUMPLE	CUMPLE /NO CUMPLE	CUMPLE /NO CUMPLE	CUMPLE /NO CUMPLE
7	El oferente deberá presentar contratos u órdenes de compra con sus correspondientes cartas de aceptación satisfactoria del cliente o buen cumplimiento del contrato, que acrediten tener experiencia en la provisión de los equipos conforme a lo requerido en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación - 3.1. Criterios de calificación (IAL 37.1) – (b) Experiencia Especifica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE, REPRESENTANTE Y/O DISTRIBUIDOR: ◦ Para Representante de Productos Importados: Documento que acredite la representación invocada. ◦ Para Distribuidores de Productos Importados: Autorización expedida por el representante para el Paraguay de la marca ofertada, acompañada del documento que acredite la representación invocada. ◦ Para Distribuidores de Productos Nacionales: Autorización del fabricante del producto nacional. Se deberá acompañar el Título y el Registro de Marca, expedido por el Ministerio de Industria y comercio. ◦ Para Oferentes Fabricantes de Productos Nacionales: Título y Registro de Marca, expedido por el Ministerio de Industria y comercio (domiciliados en el país del comprador).	ÍTEM 1 - CUMPLE	ÍTEM 1 - NO CUMPLE	ÍTEM 1 - CUMPLE	ÍTEM 1 - NO OFERTO
		ÍTEM 2 - NO OFERTO	ÍTEM 2 - NO OFERTO	ÍTEM 2 - CUMPLE	ÍTEM 2 - NO OFERTO
		ÍTEM 3 - NO OFERTO	ÍTEM 3 - NO OFERTO	ÍTEM 3 - CUMPLE	ÍTEM 3 - CUMPLE
		ÍTEM 4 - CUMPLE	ÍTEM 4 - NO OFERTO	ÍTEM 4 - NO CUMPLE	ÍTEM 4 - NO OFERTO
		ÍTEM 5 - NO OFERTO	ÍTEM 5 - NO OFERTO	ÍTEM 5 - NO OFERTO	ÍTEM 5 - NO OFERTO
		ÍTEM 6 - NO OFERTO	ÍTEM 6 - NO OFERTO	ÍTEM 6 - NO OFERTO	ÍTEM 6 - NO OFERTO
		ÍTEM 7 - NO OFERTO	ÍTEM 7 - NO OFERTO	ÍTEM 7 - CUMPLE	ÍTEM 7 - CUMPLE
		ÍTEM 8 - NO OFERTO	ÍTEM 8 - NO OFERTO	ÍTEM 8 - CUMPLE	ÍTEM 8 - CUMPLE
		ÍTEM 9 - NO OFERTO	ÍTEM 9 - NO OFERTO	ÍTEM 9 - CUMPLE	ÍTEM 9 - CUMPLE
		ÍTEM 10 - NO OFERTO	ÍTEM 10 - NO OFERTO	ÍTEM 10 - NO OFERTO	ÍTEM 10 - CUMPLE
		ÍTEM 11 - NO OFERTO	ÍTEM 11 - NO OFERTO	ÍTEM 11 - NO OFERTO	ÍTEM 11 - CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

	DOCUMENTACIONES REQUERIDAS	ITCS S.A	DATA LAB S.A	SEGEL S.A	DARIO OLMEDO
		CUMPLE /NO CUMPLE	CUMPLE /NO CUMPLE	CUMPLE /NO CUMPLE	CUMPLE /NO CUMPLE
9	Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS". Para oferentes en Consorcio: Cada socio deberá acreditar no estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstos en el Artículo 21, Ley N° 7021/22, al tiempo de la presentación de la oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	Fotocopia del Certificado de Cumplimiento Tributario para oferentes domiciliados en Paraguay o su equivalente para oferentes no domiciliados en Paraguay	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	Formulario de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	Catálogos y/o folletos de los equipos cotizados en idioma inglés o español	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

En el cuadro precedente se detallan las ofertas calificadas para pasar a la siguiente etapa de análisis, consistente en la evaluación del cumplimiento técnico establecidos en la Solicitud de Ofertas (SDO).

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

4.3. INFORME TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La revisión y validación de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios ofertados por los licitantes tiene como objetivo garantizar que las ofertas presentadas cumplan con los requisitos establecidos en la Solicitud de Oferta (SDO), tanto en términos de calidad como de conformidad técnica.

A continuación, se expone la revisión detallada de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios ofertados por todos licitantes:

ÍTEM 1 - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO – AVANZADA

LICITANTE: DATA LAB S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
1	Marca	El licitante deberá indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.		ACER	NO	NO APLICA	CUMPLE
2	Modelo	El oferente deberá indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.		Veriton VX4720GT	NO	NO APLICA	CUMPLE
3	Procedencia	A indicar por el oferente		China	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Medes Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DATA LAB S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
4	Número de Parte del Fabricante del Equipo	A indicar por el oferente	Exigido	DT. R1XAL.006	NO	NO APLICA	CUMPLE
5	Origen	A indicar por el oferente	Exigido	China	NO	NO APLICA	CUMPLE
6	Cantidad	38	Exigido	38	NO	NO APLICA	CUMPLE
7	Chasis	Torre, Media torre, Mini torre, Micro torre o Small Form Factor (SFF)	Exigido	Small Form Factor (SFF)	NO	NO APLICA	CUMPLE
8	BIOS del Sistema	Debe ser actualizable desde la web del Fabricante.	Exigido	Actualizable desde la web del fabricante.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		8 (ocho) núcleos físicos como mínimo (en caso que se ofrezcan procesadores que informen núcleos tipo Eficiencia "E-core" y performance "P-core", este requisito mínimo debe ser cumplido con los núcleos del tipoperformance "P-core"). La velocidad con frecuencia Turbo deberá alcanzar 4.0 Ghz como mínimo.	Exigido	Intel® Core™ i7-14700 20 (veinte) nucleos fisicos (8P - cores y 12 E cores): Velocidad de 5.4 GHz	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Memoria Caché. 16 MB mínimo.	Exigido	Memoria Cache 33 MB	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DATA LAB S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		Soporte de Virtualización de Hardware.	Exigido	Soporte de Virtualización de Hardware	NO	NO APLICA	CUMPLE
9	Procesador	Indistintamente de la marca o modelo ofertado, el procesador podrá ser de hasta dos (2) generaciones anteriores con respecto a la última generación lanzada oficialmente. Esta condición debe ser verificable a través del sitio web oficial del fabricante de procesadores.	Exigido	El procesador es hasta dos (2) generaciones anteriores con respecto a la última generación lanzada oficialmente. La misma es verificable en la web del fabricante	NO	NO APLICA	CUMPLE
10	Puertos / Ranuras	1 (un) puerto USB Tipo C 3.2 Gen 1. o superior como mínimo.	Exigido	1 (un) puerto USB 3.2 tipo C	NO	NO APLICA	CUMPLE
		2 (dos) puertos USB Tipo A 3.2 Gen 1 o superior como mínimo.	Exigido	4 (Cuatro) puertos USB 3.2 Tipo A y 4 (cuatro) puertos USB 2.0 Tipo A	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Un puerto HDMI (compatible con el monitor ofertado)	Exigido	2 (dos) puertos DisplayPort. 1(un) puerto HDMI (compatible con el monitor ofertado) y 1 (un) puerto VGA	NO	NO APLICA	CUMPLE
11	Memoria RAM	Deberá contar con 32 GB como mínimo.	Exigido	Cuenta con 32 GB	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Tipo DDR5 4800 MHz o superior.	Exigido	Tipo DDR5 4800 MHz.	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medas Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BIRF Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DATA LAB S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		Debe quedar al menos 1 (un) banco de memoria vacío para futuras expansiones.	Exigido	Queda al menos 1 (un) banco de memoria vacio para futuras expansiones	NO	NO APLICA	CUMPLE
12	Almacenamiento	Disco Duro de 512 GB SSD. como mínimo Factor de forma M.2. Interfaz NVMe.	Exigido	Disco duro de 512 GB SSD. Factor de Forma M.2, interfaz NVMe.	NO	NO APLICA	CUMPLE
13	Interfaz de sonido	Puerto Jack 3.5mm compatible con parlantes, auriculares y micrófonos.	Exigido	Puerto Jack 3.5mm compatible con parlantes auriculares y micrófonos	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Parlantes integrados e Internos.	Exigido	Parlantes integrados e internos	NO	NO APLICA	CUMPLE
14	Tarjeta de video	Encapsulada al procesador.	Exigido	Encacpsulada al procesador	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá soportar la resolución 1920 x 1080 en 60Hz o superior.	Exigido	Soporta la resolución 1920 x 1080 en 60 Hz o superior.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Memoria de 4GB GDDR5 o superior.	Exigido	Memoria de 4 GB GDDR6	NO	NO APLICA	CUMPLE
15	Tarjeta de video dedicada	Deberá soportar la resolución 2560 x 1440 en 60 Hz o superior.	Exigido	Soporta la resolución 2560 x 1440 en 60 Hz o superior	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DATA LAB S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		La tarjeta deberá ser la recomendada por el Fabricante para este tipo de equipo.	Exigido	La tarjeta es la recomendada por el Fabricante para este tipo de equipo	NO	NO APLICA	CUMPLE
16	Monitores	Pantalla Plana con entrada tipo HDMI, de la misma marca que el Gabinete.	Exigido	Pantalla plana con entrada tipo HDMI, de la misma marca que Gabinete.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Fuente de alimentación interna con entrada dinámica (100-240 V / 50-60 Hz) compatible con la red eléctrica nacional (220 VCA / 50 Hz).	Exigido	Fuente de alimentación interna con entrada dinámica (100 -240 V / 50 - 60 Hz) compatible con la red eléctrica nacional (220 VCA / 50 Hz).	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Resolución 1920x1080 en 60Hz o superior.	Exigido	Resolución 1920 x 1080 en 60 Hz o superior	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Tipo LED no menor a 21,5 y no superior a 25.	Exigido	Tipo LED no menor a 21,5" y no superior a 25"	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Relación de aspecto 16:9.	Exigido	Relación de aspecto 16:9	NO	NO APLICA	CUMPLE
17	Teclado	La marca deberá ser igual al Gabinete y Monitor.	Exigido	La marca es igual al gabinete y monitor	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Tipo QWERTY en español.	Exigido	Tipo QWERTY en español.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá ser del mismo color que el gabinete y monitor.	Exigido	Es el mismo color que el gabinete y monitor	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DATA LAB S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		No se aceptarán adaptadores ni teclados Inalámbricos.	Exigido	No se ofertan adaptadores ni teclados inalámbricos	NO	NO APLICA	CUMPLE
		La marca deberá ser igual al Gabinete y Monitor.	Exigido	La marca es igual al gabinete y monitor	NO	NO APLICA	CUMPLE
18	Mouse / Ratón	Deberá ser óptico con Scroll integrado.	Exigido	Óptico con Scroll integrado	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá poseer mínimo 2 botones.	Exigido	Posee mínimo 2 botones	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá ser del mismo color que el gabinete y monitor.	Exigido	Es el mismo color que el gabinete y monitor	NO	NO APLICA	CUMPLE
		No se aceptarán adaptadores ni mouse inalámbricos.	Exigido	No se ofertan adaptadores ni mouses inalámbricos	NO	NO APLICA	CUMPLE
19	Conexión de Red	Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex	Exigido	Tarjeta Red 10/100/1000 full dúplex	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Tarjeta de red inalámbrica 802.11ax o superior.	Exigido	Tarjeta de Red inalámbrica 802.11 ax.	NO	NO APLICA	CUMPLE
20	Fuente de Alimentación	Fuente de alimentación con entrada dinámica (100-240 V / 50-60 Hz) compatible con la red eléctrica nacional (220 VCA / 50 Hz). La fuente deberá soportar la carga de todos los componentes del equipo.	Exigido	Fuente de alimentación con entrada dinámica (100 - 240 V / 50 - 60 Hz) compatible con la red eléctrica nacional (220 VCA / 50 50 Hz). La fuente soporta la carga de todos los componentes del equipo.	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DATA LAB S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
21	Seguridad	Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado pequeño de acero y llaves.	Exigido	Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado pequeño de acero y llaves.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Integridad de la Plataforma TPM v2.0 o superior.	Exigido	Integridad de la Plataforma TPM v2.0	NO	NO APLICA	CUMPLE
22	Licencias	Licencia de Windows 11 Pro o superior, versión OEM.	Exigido	Licencia de Windows 11 Pro, versión OEM.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá estar pre-instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias directas para su puesta en producción.	Exigido	Está preinstalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias directas para su puesta en producción.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá estar disponible en idioma español, con la última actualización del sistema operativo al momento de la compra.	Exigido	Está disponible en idioma español, con la última actualización del sistema operativo al momento de la compra.	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DATA LAB S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
23	Instaladores	El instalador original del Sistema Operativo, así como todos los controladores del equipo (como los de red, video y sonido), deben ser accesibles desde un pendrive o la página web del fabricante, que permita la recuperación completa de la instalación y restauración al estado de fábrica.	Exigido	El instalador original del Sistema Operativo, asi como todos los controladores del equipo (como los de red, video y sonido), son accesibles desde la página web del fabricante, que permita la recuperación completa de la instalación y restauración al estado de fábrica.	NO	NO APLICA	CUMPLE
24	Garantía (escrita)	Mínimo de 36 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con	Exigido	Garantía escrita de 36 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente a DATA LAB SA y viceversa a cargo de DATA LAB SA. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días. DATA LAB SA comunicara por escrito el motivo de la demora y proporcionara un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DATA LAB S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución.		reparación sin costo para la institución			

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DATA LAB S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
25	Respaldo Técnico	Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El oferente deberá indicar cuales son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución.	Exigido	Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El CAS de la marca en el país es DIESA SA. La gestión de la ejecución de la garantía, podrá ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través de DATA LAB SA. corriendo en su caso, por cuenta de DATA LAB SA. de resultar adjudicado, la gestión de dicha ejecución.	NO	NO APLICA	CUMPLE
26		Certificación ISO 9001 vigente vinculada a "Diseño y Desarrollo"	Exigido	Certificación ISO 9001 vigente vinculada a "Diseño y Desarrollo"	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
"PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DATA LAB S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
	Certificación y documentaciones requeridas	Compatibilidad del equipo con el sistema operativo (Verificable en la web de Microsoft)	Exigido	Compatibilidad del equipo con el sistema operativo (verificable en la web de Microsoft)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá contar con certificación EPEAT Silver comprobable desde el sitio web del mismo.	Exigido	Cuenta con certificación EPEAT Silver comprobable desde el sitio web del mismo.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Certificación tipo ISO 14001 vigente.	Exigido	Certificación ISO 14001 vigente	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Debe contar con certificación en eficiencia en el consumo energético del equipo en su conjunto	Exigido	Cuenta con certificación en eficiencia en el consumo energético del equipo en su conjunto.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		(Energy Star o ErP lot 3 o similar).	Exigido	(Energy Star)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Carta de Distribución del representante o distribuidor oficial en el país.	Exigido	Carta de Distribución del representante o distribuidor oficial en el país	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Carta de Autorización del Fabricante	Exigido	Carta de Autorización del Fabricante	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado.	Exigido	Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DATA LAB S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
27	Componentes del equipo y números de parte	Deberá ser presentada una lista por escrito que contenga: monitor, procesador, memoria, fuente, placa madre, unidad de almacenamiento, teclado, mouse con sus respectivos números de parte original del fabricante, de tal manera a corroborarse con el catálogo online del fabricante.	Exigido	Se presenta una lista por escrito que contine: monitor, procesador, memoria, fuente, placa madre, unidad de almacenamiento, teclado, mouse con sus respectivos números de parte original del fabricante, de tal manera a corroborarse con el catálogo online del fabricante. **Link para verificación de números de parte de componentes internos:** https://paapp.acer.com/SPL_4_7_2/ **Link para verificación de Numero de Parte del Monitor:** https://www.acer.com/es-es/monitors/business/vero-v7/pdp/UM.WV7EE.004	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
1	Marca	El oferente deberá indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.		HP	NO	NO APLICA	CUMPLE
2	Modelo	El oferente deberá indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.		Elite SFF 805 G9	NO	NO APLICA	CUMPLE
3	Procedencia	A indicar por el oferente		EEUU/Mexico/China	NO	NO APLICA	CUMPLE
4	Número de Parte del Fabricante del Equipo	A indicar por el oferente	Exigido	B19XCLS	NO	NO APLICA	CUMPLE
5	Origen	A indicar por el oferente	Exigido	EEUU/Mexico/China	NO	NO APLICA	CUMPLE
6	Cantidad	38	Exigido	38 unidades	NO	NO APLICA	CUMPLE
7	Chasis	Torre, Media torre, Mini torre, Micro torre o Small Form Factor (SFF)	Exigido	Si cumple. El equipo cuenta con: Chasis Small Form Factor (SFF)	NO	NO APLICA	CUMPLE
8	BIOS del Sistema	Debe ser actualizable desde la web del Fabricante.	Exigido	SI cumple. El equipo cuenta con: BIOS del Sistema actualizable desde la web del Fabricante https://support.hp.com/py-	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
				es/product/details/hp-elite-sff-805-g9-desktop-pc/2102256079			
		8 (ocho) núcleos físicos como mínimo (en caso que se ofrezcan procesadores que informen núcleos tipo Eficiencia "E-core" y performance "P-core", este requisito mínimo debe ser cumplido con los núcleos del tipoperformance "P-core"). La velocidad con frecuencia Turbo deberá alcanzar 4.0 Ghz como mínimo.	Exigido	Si cumple. El equipo cuenta con: AMD Ryzen 7-8700G 8 (ocho) núcleos fisicos. Los procesadores AMD no informan núcleos tipo Eficiencia "E-core" y performance "Pcore" (Solo Intel informa), por lo tanto este requisito NO APLICA. La velocidad con frecuencia Turbo alcanza 5.1 Ghz. (Superior)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Memoria Caché. 16 MB mínimo.	Exigido	Si Cumple. El equipo cuenta con: Memoria Caché. 24 MB. (Superior)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Soporte de Virtualización de Hardware.	Exigido	Si Cumple. El equipo cuenta con: Soporte de Virtualización de Hardware.	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
9	Procesador	Indistintamente de la marca o modelo ofertado, el procesador podrá ser de hasta dos (2) generaciones anteriores con respecto a la última generación lanzada oficialmente. Esta condición debe ser verificable a través del sitio web oficial del fabricante de procesadores.	Exigido	Si Cumple. El equipo cuenta con: Indistintamente de la marca o modelo ofertado, el procesador podra ser de hasta dos (2) generaciones anteriores con respecto a la última generación lanzada oficialmente. Esta condición debe ser verificable a través del sitio web oficial del fabricante de procesadores. Sitio:https://www.amd.com/es/products/processors/desktops/ryzen/8000-series/amd-ryzen-7-8700g.html	NO	NO APLICA	CUMPLE
10	Puertos / Ranuras	1 (un) puerto USB Tipo C 3.2 Gen 1. o superior como mínimo.	Exigido	Si Cumple. El equipo cuenta con: 1 (un) puerto USB Tipo C 3.2 Gen 2.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		2 (dos) puertos USB Tipo A 3.2 Gen 1 o superior como mínimo.	Exigido	Si Cumple. El equipo cuenta con: 4 (cuatro) puertos USB Tipo A 3.2 Gen 2.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Un puerto HDMI (compatible con el monitor ofertado)	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Un puerto HDMI (compatible con el monitor ofertado)	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moisés Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
11	Memoria RAM	Deberá contar con 32 GB como mínimo.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Memoria Ram de 32 GB. Tipo DDR5 5600MHz. (Superior)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Tipo DDR5 4800 MHz o superior.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Tipo DDR5 5600MHz (superior)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Debe quedar al menos 1 (un) banco de memoria vacío para futuras expansiones.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Queda 1 (un) banco de memoria vacio para futuras expansiones.	NO	NO APLICA	CUMPLE
12	Almacenamiento	Disco Duro de 512 GB SSD. como mínimo Factor de forma M.2. Interfaz NVMe.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Disco Duro de 512 GB SSD. Factor de forma M.2. Intefaz NVMe	NO	NO APLICA	CUMPLE
13	Interfaz de sonido	Puerto Jack 3.5mm compatible con parlantes, auriculares y micrófonos.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Puerto Jack 3.5 mm compatible con parlantes, auricularesy micrófonos	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Parlantes integrados e Internos.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Parlantes integrados e internos	NO	NO APLICA	CUMPLE
14	Tarjeta de video	Encapsulada al procesador.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Tarjeta de Video encapsulada al procesador.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá soportar la resolución 1920 x 1080 en 60Hz o superior.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Soporta resolución 1920x1080 en 60Hz o superior.	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		Memoria de 4GB GDDR5 o superior.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Tarjeta de video dedicada NVIDIA T400 4GB GDDR6. (Superior)	NO	NO APLICA	CUMPLE
15	Tarjeta de video dedicada	Deberá soportar la resolución 2560 x 1440 en 60 Hz o superior.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Soporta la resolución 2560 x 1440 en 60 Hz o superior	NO	NO APLICA	CUMPLE
		La tarjeta deberá ser la recomendada por el Fabricante para este tipo de equipo.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: La tarjeta es la recomendada por el fabricante para este tipo de equipo.	NO	NO APLICA	CUMPLE
16	Monitores	Pantalla Plana con entrada tipo HDMI, de la misma marca que el Gabinete.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Monitor HP S3 322pf. Pantalla plana con entrada tipo HDMI, de la misma marca que el Gabinete.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Fuente de alimentación interna con entrada dinámica (100-240 V / 50-60 Hz) compatible con la red eléctrica nacional (220 VCA / 50 Hz).	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Fuente de alimentación interna con entrada dinámica (100-240 V / 50-60 Hz) compatible con la red eléctrica nacional (220 VCA / 50 Hz).	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Resolución 1920x1080 en 60Hz o superior.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Resolución 1920x1080 en 60 Hz	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Tipo LED no menor a 21,5 y no superior a 25.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Tipo LED 21,5	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		Relación de aspecto 16:9.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Relación de aspecto 16:9	NO	NO APLICA	CUMPLE
17	Teclado	La marca deberá ser igual al Gabinete y Monitor.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: La marca es igual al Gabinete y Monitor	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Tipo QWERTY en español.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Tipo QWERTY en español.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá ser del mismo color que el gabinete y monitor.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Es del mismo color que el gabinete y monitor	NO	NO APLICA	CUMPLE
		No se aceptarán adaptadores ni teclados Inalámbricos.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: No se ofertan adaptadores ni teclados Inalámbricos	NO	NO APLICA	CUMPLE
		La marca deberá ser igual al Gabinete y Monitor.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: La marca es igual al Gabinete y Monitor.	NO	NO APLICA	CUMPLE
18	Mouse / Ratón	Deberá ser óptico con Scroll integrado.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Óptico con Scroll integrado.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá poseer mínimo 2 botones.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Posee 2 botones. Es del mismo color que el gabinete y monitor.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá ser del mismo color que el gabinete y monitor.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Es del mismo color que el gabinete y monitor.	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY · UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		No se aceptarán adaptadores ni mouse inalámbricos.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: No se ofertan adaptadores ni mouse inalámbricos.	NO	NO APLICA	CUMPLE
19	Conexión de Red	Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Tarjeta de red inalámbrica 802.11ax o superior.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Tarjeta de red inalámbrica 802.11ax.	NO	NO APLICA	CUMPLE
20	Fuente de Alimentación	Fuente de alimentación con entrada dinámica (100-240 V / 50-60 Hz) compatible con la red eléctrica nacional (220 VCA / 50 Hz). La fuente deberá soportar la carga de todos los componentes del equipo.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Fuente de alimentación con entrada dinámica (100-240 V / 50-60 Hz) compatible con la red eléctrica nacional (220 VCA / 50 Hz). La fuente soporta la carga de todos los componentes del equipo.	NO	NO APLICA	CUMPLE
21	Seguridad	Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado pequeño de acero y llaves.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado pequeño de acero y llaves.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Integridad de la Plataforma TPM v2.0 o superior.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Integridad de la Plataforma TPM v2.0	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
22	Licencias	Licencia de Windows 11 Pro o superior, versión OEM.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Licencia de Windows 11 Pro, versión OEM.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá estar pre-instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias directas para su puesta en producción.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Pre-instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias directas para su puesta en producción.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá estar disponible en idioma español, con la última actualización del sistema operativo al momento de la compra.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Disponible en idioma e spañol, con la última actualización del sistema operativo al momento de la compra.	NO	NO APLICA	CUMPLE
23	Instaladores	El instalador original del Sistema Operativo, así como todos los controladores del equipo (como los de red, video y sonido), deben ser accesibles desde un pendrive o la página web del fabricante, que permita la recuperación completa de la instalación y restauración al estado de fábrica.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: El instalador original del Sistema Operativo, así como todos los controladores del equipo (como los de red, video y sonido), son accesibles desde la página web del fabricante, que permite la recuperación completa de la instalación y restauración al estado de fábrica.	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
24	Garantía (escrita)	Mínimo de 36 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al ITCS SA y viceversa a cargo de ITCS SA. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, ITCS SA deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución.	SI	LA DESVIACIÓN ES INACEPTABLE, TENIENDO EN CUENTA QUE EN LA PLANILLA DE ESPECIFICACIÓN TECNICA OFERTADA NO SE INDICA EL PLAZO MINIMO REQUERIDO DE LA GARANTIA **OBS:** SE SOLICITO LA ACLARACIÓN SEGÚN NOTA DGG/UEP N° 328/2026 Y NOTA DGG/UEP N°698/2026 PERO NO REMITIERON LA	NO CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
						RESPUESTA CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO PUEDE SER ACEPTADA LA OFERTA	

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
25	Respaldo Técnico	Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El oferente deberá indicar cuales son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El CAS des pais es NETSER PARAGUAY. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución.	NO	NO APLICA	CUMPLE
26	Certificación y documentaciones requeridas	Certificación ISO 9001 vigente vinculada a "Diseño y Desarrollo"	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Certificación ISO 9001 vigente vinculada a "Diseño y Desarrollo"	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF N° 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		Compatibilidad del equipo con el sistema operativo (Verificable en la web de Microsoft)	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Compatibilidad del equipo con el sistema operativo (Verificable en la web de Microsoft) Sitio: https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá contar con certificación EPEAT Silver comprobable desde el sitio web del mismo.	Exigido	Si Cumple> El equipo cuenta con: Cuenta con certificación EPEAT Gold comprobable desde el sitio web del mismo. Sitio: https://www.epeat.net/product-details/db5a095f904744ac9f9ea1dc07a67a40?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-search-result%252Fpage-1%252Fsize-25%253Fcountryld%253D112%2526productName%253D805%252520g9	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Certificación tipo ISO 14001 vigente.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Certificación tipo ISO 14001 vigente.	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		Debe contar con certificación en eficiencia en el consumo energético del equipo en su conjunto	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Cuenta con certificación en eficiencia en el consumo energético del equipo en su conjunto (Energy Star)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		(Energy Star o ErP lot 3 o similar).	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Cuenta con certificación en eficiencia en el consumo energético del equipo en su conjunto (Energy Star)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Carta de Distribución del representante o distribuidor oficial en el país.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Carta de Autorizacion del fabricante.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Carta de Autorización del Fabricante	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Carta de Autorizacion del fabricante.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado.	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
27	Componentes del equipo y números de parte	Deberá ser presentada una lista por escrito que contenga: monitor, procesador, memoria, fuente, placa madre, unidad de almacenamiento, teclado, mouse con sus respectivos números de parte original del fabricante, de tal manera a corroborarse con el catálogo online del fabricante.	Exigido	Si Cumple: El equipo cuenta con: Se presenta una lista por escrito que contiene: monitor, procesador, memoria, fuente, placa madre, unidad de almacenamiento, teclado, mouse con sus respectivos números de parte original del fabricante, de tal manera a corroborarse con el catálogo online del fabricante. Sitio de verificacion: https://partsurfer.hp.com/	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF N° 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
1	Marca	El oferente deberá indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.		PC ACER	NO	NO APLICA	CUMPLE
2	Modelo	El oferente deberá indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.		VERITON VX4720GT	NO	NO APLICA	CUMPLE
3	Procedencia	A indicar por el oferente		TAIWAN	NO	NO APLICA	CUMPLE
4	Número de Parte del Fabricante del Equipo	A indicar por el oferente	Exigido	DT.R1XAL.005	NO	NO APLICA	
5	Origen	A indicar por el oferente	Exigido	TAIWAN	NO	NO APLICA	CUMPLE
6	Cantidad	38	Exigido	38	NO	NO APLICA	CUMPLE
7	Chasis	Torre, Media torre, Mini torre, Micro torre o Small Form Factor (SFF)	Exigido	MINI TORRE	NO	NO APLICA	CUMPLE
8	BIOS del Sistema	Debe ser actualizable desde la web del Fabricante.	Exigido	ACTUALIZABLE DESDE LA WEB DEL FABRICANTE	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO FORTALECIMIENTO ... SECTOR SALUD
Préstamo BIRF Nº 8963 ... UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		8 (ocho) núcleos físicos como mínimo (en caso que se ofrezcan procesadores que informen núcleos tipo Eficiencia "E-core" y performance "P-core", este requisito mínimo debe ser cumplido con los núcleos del tipoperformance "P-core"). La velocidad con frecuencia Turbo deberá alcanzar 4.0 Ghz como mínimo.	Exigido	INTEL CORENi7-14700:20 cores, 5.4 GHz. Turbo, 4.2 Ghz Turbo	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Memoria Caché. 16 MB mínimo.	Exigido	28MB	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Soporte de Virtualización de Hardware.	Exigido	SOPORTE DE VIRTUALIZACIÒN DE HARDWARE	NO	NO APLICA	CUMPLE
9	Procesador	Indistintamente de la marca o modelo ofertado, el procesador podrá ser de hasta dos (2) generaciones anteriores con respecto a la última generación lanzada oficialmente. Esta condición debe ser verificable a través del sitio web oficial del fabricante de procesadores.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
10	Puertos / Ranuras	1 (un) puerto USB Tipo C 3.2 Gen 1. o superior como mínimo.	Exigido	1xUSB TIPO C 3.2	NO	NO APLICA	CUMPLE
		2 (dos) puertos USB Tipo A 3.2 Gen 1 o superior como mínimo.	Exigido	4xUSB TIPO A 2.0, 3xUSB TIPO A 3.2	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Un puerto HDMI (compatible con el monitor ofertado)	Exigido	1x HDMI, 2xDP, 1xVGA	NO	NO APLICA	CUMPLE
11	Memoria RAM	Deberá contar con 32 GB como mínimo.	Exigido	32 GB	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Tipo DDR5 4800 MHz o superior.	Exigido	DDR5 4800 MHz	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Debe quedar al menos 1 (un) banco de memoria vacío para futuras expansiones.	Exigido	1 slop libre	NO	NO APLICA	CUMPLE
12	Almacenamiento	Disco Duro de 512 GB SSD. como mínimo Factor de forma M.2. Interfaz NVMe.	Exigido	512 GB SSD M2	NO	NO APLICA	CUMPLE
13	Interfaz de sonido	Puerto Jack 3.5mm compatible con parlantes, auriculares y micrófonos.	Exigido	Headphone combo jack	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Parlantes integrados e Internos.	Exigido	Integrado	NO	NO APLICA	CUMPLE
14	Tarjeta de video	Encapsulada al procesador.	Exigido	Emcapsulado: NVIDIA T400	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá soportar la resolución 1920 x 1080 en 60Hz o superior.	Exigido	FHD (1920x1080) 60Hz	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		Memoria de 4GB GDDR5 o superior.	Exigido	4GB GDDR5	NO	NO APLICA	CUMPLE
15	Tarjeta de video dedicada	Deberá soportar la resolución 2560 x 1440 en 60 Hz o superior.	Exigido	2560x1600 A 60Hz	NO	NO APLICA	CUMPLE
		La tarjeta deberá ser la recomendada por el Fabricante para este tipo de equipo.	Exigido	Encapsulado: Intel UHD GRAPHICS 770	NO	NO APLICA	CUMPLE
16	Monitores	Pantalla Plana con entrada tipo HDMI, de la misma marca que el Gabinete.	Exigido	MON 22`` ACER VV227Q HBI VGA/HDMI/ENERGY STAR	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Fuente de alimentación interna con entrada dinámica (100-240 V / 50-60 Hz) compatible con la red eléctrica nacional (220 VCA / 50 Hz).	Exigido	100-240 V / 50-60 Hz	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Resolución 1920x1080 en 60Hz o superior.	Exigido	FHD (1920x1080) 60Hz	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Tipo LED no menor a 21,5 y no superior a 25.	Exigido	21,5``	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Relación de aspecto 16:9.	Exigido	:16:09	NO	NO APLICA	CUMPLE
17	Teclado	La marca deberá ser igual al Gabinete y Monitor.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Tipo QWERTY en español.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		Deberá ser del mismo color que el gabinete y monitor.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		No se aceptarán adaptadores ni teclados Inalámbricos.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		La marca deberá ser igual al Gabinete y Monitor.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
18	Mouse / Ratón	Deberá ser óptico con Scroll integrado.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá poseer mínimo 2 botones.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá ser del mismo color que el gabinete y monitor.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		No se aceptarán adaptadores ni mouse inalámbricos.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
19	Conexión de Red	Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex	Exigido	1x Ethernet (RJ-45)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Tarjeta de red inalámbrica 802.11ax o superior.	Exigido	802.11ax/ac/a/b/g/n, Wi-Fi 6 and Bluetooth 5	NO	NO APLICA	CUMPLE
20	Fuente de Alimentación	Fuente de alimentación con entrada dinámica (100-240 V / 50-60 Hz) compatible con la red eléctrica nacional (220 VCA / 50 Hz). La fuente deberá soportar la	Exigido	100-240 V / 50-60 Hz	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		carga de todos los componentes del equipo.					
21	Seguridad	Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado pequeño de acero y llaves.	Exigido	Kensington lock slot	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Integridad de la Plataforma TPM v2.0 o superior.	Exigido	TPM v2.0	NO	NO APLICA	CUMPLE
22	Licencias	Licencia de Windows 11 Pro o superior, versión OEM.	Exigido	Windows 11 Pro 64-bit	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá estar pre-instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias directas para su puesta en producción.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá estar disponible en idioma español, con la última actualización del sistema operativo al momento de la compra.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moisés Paredes
ESPECIALISTA JURÍDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
23	Instaladores	El instalador original del Sistema Operativo, así como todos los controladores del equipo (como los de red, video y sonido), deben ser accesibles desde un pendrive o la página web del fabricante, que permita la recuperación completa de la instalación y restauración al estado de fábrica.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
24	Garantía (escrita)	Mínimo de 36 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor	Exigido	PRESENTA GARANTIA DE 3(TRES) AÑOS	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución.					
25	Respaldo Técnico	Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El oferente deberá indicar cuales son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución.	Exigido	CUMPLE EN RESPUESTA A LA NOTA 326/2026 INDICARON QUE EL CAS ES SOL CONTROL S.A	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
26	Certificación y documentaciones requeridas	Certificación ISO 9001 vigente vinculada a "Diseño y Desarrollo"	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Compatibilidad del equipo con el sistema operativo (Verificable en la web de Microsoft)	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Deberá contar con certificación EPEAT Silver comprobable desde el sitio web del mismo.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Certificación tipo ISO 14001 vigente.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Debe contar con certificación en eficiencia en el consumo energético del equipo en su conjunto	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		(Energy Star o ErP lot 3 o similar).	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Carta de Distribución del representante o distribuidor oficial en el país.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Carta de Autorización del Fabricante	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
27	Componentes del equipo y números de parte	Deberá ser presentada una lista por escrito que contenga: monitor, procesador, memoria, fuente, placa madre, unidad de almacenamiento, teclado, mouse con sus respectivos números de parte original del fabricante, de tal manera a corroborarse con el catálogo online del fabricante.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

ÍTEM 2 - COMPUTADORAS PORTATILES – INTERMEDIA

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
1	Marca:	El oferente deberá indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.		ACER	NO	NO APLICA	CUMPLE
2	Modelo:	El oferente deberá indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.		R5 TRAVELMATE P214-43	NO	NO APLICA	CUMPLE
	Procedencia:	A indicar por el oferente		TAIWAN	NO	NO APLICA	CUMPLE
3	Número de Parte del Fabricante del Equipo:	A indicar por el oferente	Exigido	NX.B7KAL.002	NO	NO APLICA	CUMPLE
4	Color:	Blanco, negro o escala de Grises	Exigido	NEGRO	NO	NO APLICA	CUMPLE
5	Orígen:	A indicar por el oferente	Exigido	TAIWAN	NO	NO APLICA	CUMPLE
6	Cantidad:	4	Exigido	4	NO	NO APLICA	CUMPLE
7	BIOS del Sistema:	Debe ser actualizable desde la web del Fabricante.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
8	Procesador:	6 (seis) núcleos físicos como mínimo (en el caso que se ofrezcan procesadores que informen núcleos tipo Eficiencia "E-core" y performance "Pcore", este requisito mínimo debe ser cumplido con los núcleos del tipo performance "P-core"). La velocidad con frecuencia Turbo deberá alcanzar 4.0 Ghz como mínimo. Memoria Caché. 12 MB mínimo. Soporte de Virtualización de Hardware. Indistintamente de la marca o modelo ofertado, el procesador podrá ser de hasta dos (2) generaciones anteriores con respecto a la última generación lanzada oficialmente. Esta condición debe ser verificable a través del sitio web oficial del fabricante de procesadores.	Exigido	AMD RYZEN 5 PRO 6650U (6 NUCLEOS, HASTA 4,5 GHz, 16 MB de caché inteligente). Lanzamiento 2023	NO	NO APLICA	CUMPLE
9	Memoria RAM:	Deberá contar con 16 GB como mínimo. Tipo DDR4 3200 MHz como mínimo.	Exigido	16 GB DDR4 3200 Mhz	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
10	Almacenamiento:	Disco Duro de 512 GB SSD como mínimo. Factor de forma M.2. Intefaz NVMe	Exigido	SSD 512 GB	NO	NO APLICA	CUMPLE
11	Interfaz de sonido:	Incorporado, puerto jack para auriculares o parlantes y entrada Micrófono de 3,5 mm. Parlantes integrados e Internos.	Exigido	1 conector para auriculares/altavoz de 3,5 mm	NO	NO APLICA	CUMPLE
12	Tarjeta de video:	Encapsulada al procesador. Deberá tener al menos una salida de video tipo HDMI. Deberá soportar la resolución 1920x1080 o 1920x1200 o superior.	Exigido	Incorporado, AMD Radeon	NO	NO APLICA	CUMPLE
13	Pantalla integrada:	HD no menor a 14" y no superior a 16" pulgadas, con antirreflejo, Resolución 1920x1080 o 1920x1200 o superior. Relación de aspecto 16:9 o 16:10	Exigido	LCD 14" FHD+ (1920x1200) 16:10	NO	NO APLICA	CUMPLE
14	Webcam:	FHD Incorporada de fábrica	Exigido	HD TNR	NO	NO APLICA	CUMPLE
15	Teclado:	Standard para Windows en español (teclado completo/ teclado 100% / teclado numérico)	Exigido	RETROALIMENTADO EN ESPAÑOL	SI	A: LA DESVIACION ES MINIMA Y SE ACEPTA: CON LA RETROALIMENTACION EN ESPAÑOL ES ACEPTABLE	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
"PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
16	Touch pad:	Touch Pad multitáctil con 2 botones como mínimo.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
17	Comunicaciones:	Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex con puerto RJ-45 integrado e interno. Tarjeta de red inalámbrica 802.11ax o superior. Tarjeta bluetooth 5.0 o superior.	Exigido	1x Ethenert (RJ-45). Wifi 6E y BLUETOOTH 5.3	NO	NO APLICA	CUMPLE
18	Puertos / Ranuras	Mínimamente deberá poseer los siguientes puertos: 2 USB 3.0 Tipo A y/o Tipo C.	Exigido	1 x USB tipo C, 3x usb Estandar A, 1x lector de tarjetas microSD, 1x HDMI® 2.0 CON SOPORTE HDCP	NO	NO APLICA	CUMPLE
19	Fuente de Alimentación:	Fuente de alimentación con entrada dinámica (100-240 V / 50-60 Hz) compatible con la red eléctrica nacional (220 VCA / 50 Hz).	Exigido	1 CONECTOR DE ENTRADA DE CC PARA ADAPTADOR DE CA	NO	NO APLICA	CUMPLE
20	Batería:	Batería 41Wh o superior.	Exigido	53 Wh 3-cell Li-ion battery	NO	NO APLICA	CUMPLE
21	Seguridad:	TPM v2.0 o superior.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
22	Accesorios:	Mouse Óptico Retráctil. Mochila o maletín color negro o gris, y compatible con el equipo. Mouse PAD.	Exigido	MOUSE PAD, MOUSE RETRACTIL, MALETIN 15.6"	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medos Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BIA Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF N° 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
23	Licencias:	Licencia de Windows 11 Pro o superior, versión OEM. Deberá estar pre-instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias directas para su puesta en producción. Deberá estar disponible en idioma español, con la última actualización del sistema operativo al momento de la compra.	Exigido	Windows 11 Pro	NO	NO APLICA	CUMPLE
24	Instaladores:	El instalador original del Sistema Operativo, así como todos los controladores del equipo (como los de red, video y sonido), deben ser accesibles desde un pendrive o la página web del fabricante, que permita la recuperación completa de la instalación y restauración al estado de fábrica.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF N° 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
25	Garantía (escrita):	Mínimo de 36 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución.	Exigido	CUMPLE, PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY · UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
26	Respaldo Técnico:	Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El oferente deberá indicar cuales son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución.	Exigido	CUMPLE, PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	NO	NO APLICA	CUMPLE
27	Certificación y documentaciones requeridas:	Certificación ISO 9001 vigente vinculada a "Diseño y Desarrollo" Deberá contar con certificación EPEAT Silver comprobable desde el sitio web del mismo. Compatibilidad del equipo con el sistema operativo (Verificable en la web de Microsoft). Debe contar con certificación en eficiencia en el consumo energético del equipo en su	Exigido	CUMPLE, PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL S.A

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		conjunto (Energy Star o ErP lot 3) Certificación tipo ISO 14001 vigente. Carta de Distribución del representante o distribuidor oficial en el país. Carta de Autorización del Fabricante. Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado.					
28	Componentes del equipo y números de parte:	Deberá ser presentada una lista por escrito que contenga: procesador, memoria con sus respectivos números de parte original del fabricante, incluido el número de parte de la notebook, de tal manera a corroborarse con el catálogo online del fabricante.	Exigido	CUMPLE, PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
"PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF N° 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

ÍTEM 3 - UPS de 1200 VA

LICITANTE: DARIO OLMEDO

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
1	Marca: (especificar)	A indicar por el oferente		APS POWER	NO	NO APLICA	CUMPLE
2	Modelo: (especificar)	A indicar por el oferente		EA2120	NO	NO APLICA	CUMPLE
3	Procedencia: (especificar)	A indicar por el oferente		CHINA	NO	NO APLICA	CUMPLE
4	Cantidad:	38		38	NO	NO APLICA	CUMPLE
5	Equipo:	UPS 1200 VA	Minimo	UPS 1200 VA	NO	NO APLICA	CUMPLE
6	Capacidad:	1200 VA /650 Vatios	Minimo	1200 VA /720 Vatios	NO	NO APLICA	CUMPLE
7	Tensión de Entrada:	220 – 240 V	Exigido	220 – 240 V	NO	NO APLICA	CUMPLE
8	Factor de Potencia de Tensión de Entrada:	exigir ≥0.6 o ≥0.7.	Exigido	≥ 0.6 o ≥ 0.7.	NO	NO APLICA	CUMPLE
9	Tensión de Salida:	230+/-10%	Exigido	230+/-10%	NO	NO APLICA	CUMPLE
10	Tiempo de transferencia:	10 ms	Exigido	2 ~ 7 ms (typical), 10 ms (max.)	NO	NO APLICA	CUMPLE
11	Tipo:	Línea interactiva	Exigido	Línea interactiva	NO	NO APLICA	CUMPLE
12	Configuración:	Torre	Exigido	Torre	NO	NO APLICA	CUMPLE
13	Autonomía:	mínimo 20 minutos con una carga de 200 W ±10%"	Minimo	10-20 minutos	NO	NO APLICA	CUMPLE
14	Toma de Salida:	4 x NEMA UNIVERSAL	Minimo	6 x NEMA UNIVERSAL	NO	NO APLICA	CUMPLE
15	Tiempo de Recarga:	6 a 8 Hs	Exigido	6 a 8 Hs	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moisés Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DARIO OLMEDO

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
16	Alarma:	Audible, de batería baja y de sobrecarga.	Exigido	Audible, de batería baja y de sobrecarga.	NO	NO APLICA	CUMPLE
17	Protección:	Contra picos de sobre tensión, cortocircuitos y filtrado.	Exigido	Contra picos de sobre tensión, cortocircuitos y filtrado.	NO	NO APLICA	CUMPLE
18	Baterías:	Batería de plomo-ácido sellada libre de mantenimiento	Exigido	Batería de plomo-ácido sellada libre de mantenimiento	NO	NO APLICA	CUMPLE
19	Ruido	< 40 dBA	Exigido	< 45 dBA	SI	LA DESVIACIÓN ES INACEPTABLE TENIENDO EN CUENTA QUE NO CUMPLE CON EL RANGO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NO CUMPLE
20	Humedad relativa:	0...95 % sin condensación	Exigido	20 ~90 % RH @ 0~40°C sin condensación	SI	LA DESVIACIÓN ES INACEPTABLE TENIENDO EN CUENTA QUE NO CUMPLE CON EL RANGO SIN CONDENSACION 0...95% REQUERIDO, EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NO CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directo
Dirección de Gestión Administrativa y Financie
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DARIO OLMEDO

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
21	Normas:	IEC 62040-1, IEC 62040-2	Exigido	IEC 62040-1, IEC 62040-2	NO	NO APLICA	CUMPLE
22	Grado de Protección:	IP20	Exigido	IP20	NO	NO APLICA	CUMPLE
23	Garantía:	La garantía exigida y solicitada es de 1 (un) año para el HARDWARE e INSUMOS del equipo, con mano de obra certificada por el fabricante o del distribuidor autorizado, partes y repuestos originales sin cargo alguno durante el periodo de la garantía. Presentar documentación del fabricante donde certifique por escrito que los equipos ofertados poseen respaldo por la garantía de fabrica.	Exigido	La garantía exigida y solicitada es de 1 (un) año para el HARDWARE e INSUMOS del equipo, con mano de obra certificada por el fabricante o del distribuidor autorizado, partes y repuestos originales sin cargo alguno durante el periodo de la garantía. Presentar documentación del fabricante donde certifique por escrito que los equipos ofertados poseen respaldo por la garantía de fabrica.	NO	NO APLICA	CUMPLE
24	Servicio Técnico:	Asistencia técnica especializada certificada por la Fabricante y respuestos legítimos de la marca en Paraguay.	Exigido	Asistencia técnica especializada certificada por la Fabricante y repuestos legítimos de la marca en Paraguay.	NO	NO APLICA	CUMPLE
25	Certificación y documentaciones requeridas	Certificaciones ISO 9001 vigente o similar. ISO 14001 vigente o similar.	Exigido	Certificaciones ISO 9001 vigente o similar. ISO 14001	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
1	Marca: (especificar)	A indicar por el oferente		ENERFASE	NO	NO APLICA	CUMPLE
2	Modelo: (especificar)	A indicar por el oferente		UPSMICRO2000	NO	NO APLICA	CUMPLE
3	Procedencia: (especificar)	A indicar por el oferente		CHINA	NO	NO APLICA	CUMPLE
4	Cantidad:	38		38	NO	NO APLICA	CUMPLE
5	Equipo:	UPS 1200 VA	Minimo	2000VA	NO	NO APLICA	CUMPLE
6	Capacidad:	1200 VA /650 Vatios	Minimo	2000/1200VA	NO	NO APLICA	CUMPLE
7	Tensión de Entrada:	220 – 240 V	Exigido	220/230/240	NO	NO APLICA	CUMPLE
8	Factor de Potencia de Tensión de Entrada:	exigir ≥0.6 o ≥0.7.	Exigido	0,6	NO	NO APLICA	CUMPLE
9	Tensión de Salida:	230+/-10%	Exigido	220/230/240 ± 10%	NO	NO APLICA	CUMPLE
10	Tiempo de transferencia:	10 ms	Exigido	2 ~6ms. 10ms max.	NO	NO APLICA	CUMPLE
11	Tipo:	Línea interactiva	Exigido	Línea interactiva	NO	NO APLICA	CUMPLE
12	Configuración:	Torre	Exigido	Torre	NO	NO APLICA	CUMPLE
13	Autonomía:	mínimo 20 minutos con una carga de 200 W ±10%"	Minimo	26,9 min a 200 wts	NO	NO APLICA	CUMPLE
14	Toma de Salida:	4 x NEMA UNIVERSAL	Minimo	(6) IEC 320 C13 + adaptador NEMA (ADAPTADOR C14 A NEMA - ARGO NET)	SI	EL equipo ofertado no dispone de tomas de salida tipo NEMA universales de forma nativa,	NO CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
						presenta seis (6) salidas tipo IEC 320 C13, incluyendo adaptadores certificados C14 a NEMA. En ese sentido, NO CUMPLE EN EL REQUERIMIENTO MINIMO EXIGIDO, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON EL ADAPTADOR, QUE PUEDE RECALENTAR el mismo al momento del uso, por lo que la desviación es inaceptable	
15	Tiempo de Recarga:	6 a 8 Hs	Exigido	6-8 horas (para 90% de plena capacidad)	NO	NO APLICA	CUMPLE
16	Alarma:	Audible, de batería baja y de sobrecarga.	Exigido	Audible, de batería baja y de sobrecarga.	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Mojica Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
17	Protección:	Contra picos de sobre tensión, cortocircuitos y filtrado.	Exigido	Contra picos de sobre tensión, cortocircuitos y filtrado.	NO	NO APLICA	CUMPLE
18	Baterías:	Batería de plomo-ácido sellada libre de mantenimiento	Exigido	Plomo Acido selladas (libre Mantenimiento)	NO	NO APLICA	CUMPLE
19	Ruido	< 40 dBA	Exigido	<40dB (a 1 metro)	NO	NO APLICA	CUMPLE
20	Humedad relativa:	0...95 % sin condensación	Exigido	0 ~95% (sin condensación)	NO	NO APLICA	CUMPLE
21	Normas:	IEC 62040-1, IEC 62040-2	Exigido	IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1/IEC/EN62040-2	NO	NO APLICA	CUMPLE
22	Grado de Protección:	IP20	Exigido				CUMPLE
23	Garantía:	La garantía exigida y solicitada es de 1 (un) año para el HARDWARE e INSUMOS del equipo, con mano de obra certificada por el fabricante o del distribuidor autorizado, partes y repuestos originales sin cargo alguno durante el periodo de la garantía. Presentar documentación del fabricante donde certifique por escrito que los equipos ofertados poseen respaldo por la garantía de fabrica.	Exigido	GARANTIA ESCRITA DE 1 (UN) AÑO	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
24	Servicio Técnico:	Asistencia técnica especializada certificada por la Fabricante y respuestos legítimos de la marca en Paraguay.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
25	Certificación y documentaciones requeridas	Certificaciones ISO 9001 vigente o similar. ISO 14001 vigente o similar.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

ÍTEM 4 - RELOJ BIOMETRICO

LICITANTE: SEGEL

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
1	Marca: (especificar)	A indicar por el oferente		ZKTECO	NO	NO APLICA	CUMPLE
2	Modelo: (especificar)	A indicar por el oferente		G3	NO	NO APLICA	CUMPLE
3	Procedencia: (especificar)	A indicar por el oferente		CHINA	NO	NO APLICA	CUMPLE
4	PANTALLA	PANTALLA COLOR, MINIMO 3,5" TFT O SUPERIOR CON INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO	Minimo	PANTALLA TOUCH TFT-LCD DE 4.3"	NO	NO APLICA	CUMPLE
5	METODO DE VERIFICACION: el dispositivo debera permitir usar cualquiera de estos modos de forma individual o combinada	LECTOR DE HUELLAS DIGITALES	Exigido	LECTOR DE TARJETAS HID/MIFARE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		TARJETA DE PROXIMIDAD (RFID O MIFARE)	Exigido		NO	NO APLICA	CUMPLE
		PIN (OPCIONAL)	Minimo	CONTRASEÑA	NO	NO APLICA	CUMPLE
		RECONOCIMIENTO FACIAL (CON CAMARA INCORPORADA TIPO RGB)	Exigido	DOBLE CAMARA, DETECCIÓN DE ROSTRO DUPLICADO	NO	NO APLICA	CUMPLE
		SENSOR DE HUELLA: TIPO OPTICO, RESISTENTE A RAYADURAS	Exigido	DETECCIÓN DE DEDO VIVO	NO	NO APLICA	CUMPLE
		TIEMPO DE VERIFICACION PROMEDIO: IGUAL O MENOR A 2 SEGUNDOS	Exigido	2 SEG	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Melissa Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: MINIMO 5.000 HUELLAS	Minimo	5.000	NO	NO APLICA	CUMPLE
		CAPACIDAD DE ROSTROS: MINIMO 500 ROSTROS	Minimo	3.000	NO	NO APLICA	CUMPLE
		CAPACIDAD DE REGISTROS (EVENTOS) MINIMO 100.000 REGISTROS DE ASISTENCIAS	Minimo	100.000	NO	NO APLICA	CUMPLE
6	CANTIDAD	6		6	NO	NO APLICA	CUMPLE
7	COMUNICACIÓN Y FUNCIONAMIENTOS	INTERFACES: PUERTO TCP/IP (ETHERNET)	Exigido	TCP/IP	NO	NO APLICA	CUMPLE
		PUERTO USB PARA DESCARGA MANUAL DE DATOS	Exigido	USB-HOST	NO	NO APLICA	CUMPLE
		WI-FI OPCIONAL	Exigido	WI-FI	NO	NO APLICA	CUMPLE
8	MODO DE OPERACIÓN	COMPATIBLE CON OPERACIÓN ON LINE Y OFFLINE	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
9	ENERGIA Y RESPALDO	BATERIA INTERNA DE RESPALDO CON AUTONOMIA MINIMA DE 2 HORAS	Exigido	BATERIA (2.000 mAH)	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8953-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8953-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		FUENTE DE ALIMENTACION 12V. EL EQUIPO DEBERA INCLUIR SU PROPIA FUENTE DE ALIMENTACION COMPATIBLE CON LA RED ELECTRICA NACIONAL (220V/50Hz), CON SALIDA DE 12 V DC Y CORRIENTE ADECUADA AL CONSUMO DEL DISPOSITIVO	Exigido	Voltaje de operación 12V CD	NO	NO APLICA	CUMPLE
10	SOFTWARE Y COMPATIBILIDAD	SDK O API PARA INTEGRACION CON OTROS SISTEMAS	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Asistencia técnica, mantenimiento, garantía, instalación, capacitación para el uso del reloj y software. Por 2 años como mínimo.	Minimo	CUMPLE	SI	SE SOLICITO LA DOCUMENTCION SEGÚN NOTA DGG/UEP N° 326/2026 Y NOTA DGG/UEP N°697/2026 PERO NO REMITIERON LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO CUMPLE LO SOLICITADO	NO CUMPLE

Lic. Medis Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
11	GARANTIA	12 MESES	Exigido	CUMPLE	SI	SE SOLICITO LA DOCUMENTACION SEGÚN NOTA DGG/UEP N° 326/2026 Y NOTA DGG/UEP N°697/2026 PERO NO REMITIERON LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO CUMPLE LO SOLICITADO	NO CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
12	RESPALDO TECNICO	PARA GARANTIZAR A LA INSITUCION, LA GARANTIA, ASI COMO LA ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, SERA UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA QUE LA GARANTIA PUEDA SER EJECUTADA EN CUALQUIERA DE LOS CAS DEL PAIS. EL OFERENTE DEBERA INDICAR CUALES SON LOS CAS QUE EXISTEN EN EL PAIS. LA GESTION DE LA EJECUCION DE LA GARANTIA, DEBERA PODER SER HECHA, DIRECTAMENTE A TRAVES DEL OFERENTE, CORRIENDO EN SU CASO, POR CUENTA DEL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO, LA GESTION DE DICHA EJECUCION.	Exigido	CUMPLE	SI	SE SOLICITO LA DOCUMENTACION SEGÚN NOTA DGG/UEP N° 326/2026 Y NOTA DGG/UEP N°697/2026 PERO NO REMITIERON LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO CUMPLE LO SOLICITADO	NO CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS SA

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
1	Marca: (especificar)	A indicar por el oferente		ZKTeco	NO	NO APLICA	CUMPLE
2	Modelo: (especificar)	A indicar por el oferente		SenseFace 7	NO	NO APLICA	CUMPLE
3	Procedencia: (especificar)	A indicar por el oferente		China	NO	NO APLICA	CUMPLE
4	PANTALLA	PANTALLA COLOR, MINIMO 3,5" TFT O SUPERIOR CON INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO	Minimo	Si cumple: Pantalla 7" con interfaz gráfica. Superior	NO	NO APLICA	CUMPLE
5	METODO DE VERIFICACION: el dispositivo debera permitir usar cualquiera de estos modos de forma individual o combinada	LECTOR DE HUELLAS DIGITALES	Exigido	Si cumple: Lector de Huellas Digitales	NO	NO APLICA	CUMPLE
		TARJETA DE PROXIMIDAD (RFID O MIFARE)	Exigido	Admite tarjeta ID 125 kHz (RFID estándar) o tarjeta IC 13.56 MHz (MIFARE / IC card)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		PIN (OPCIONAL)	Minimo	Si cumple: Cuenta con opción de PIN	NO	NO APLICA	CUMPLE
		RECONOCIMIENTO FACIAL (CON CAMARA INCORPORADA TIPO RGB)	Exigido	Si cumple: cuenta con reconocimiento facial con cámara incorporada (tipo RGB/ sensor facial)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		SENSOR DE HUELLA: TIPO OPTICO, RECISTENTE A RAYADURAS	Exigido	Utiliza Sensor óptico, resistente a rayadura	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS SA

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		TIEMPO DE VERIFICACION PROMEDIO: IGUAL O MENOR A 2 SEGUNDOS	Exigido	Si cumple: Velocidad de Verificación: ≤ 2 segundos	NO	NO APLICA	CUMPLE
		CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: MINIMO 5.000 HUELLAS	Minimo	Si cumple: Capacidad de Huellas Dactilares 10.000	NO	NO APLICA	CUMPLE
		CAPACIDAD DE ROSTROS: MINIMO 500 ROSTROS	Minimo	si cumple: Capacidad de Rostros 10.000	NO	NO APLICA	CUMPLE
		CAPACIDAD DE REGISTROS (EVENTOS) MINIMO 100.000 REGISTROS DE ASISTENCIAS	Minimo	si cumple: Cuenta con 100.000 Registros de Asistencia	NO	NO APLICA	CUMPLE
6	CANTIDAD	6		si cumple: cantidad 6	NO	NO APLICA	CUMPLE
7	COMUNICACIÓN Y FUNCIONAMIENTOS	INTERFACES: PUERTO TCP/IP (ETHERNET)	Exigido	cuenta con interfaz con puerto TCP/IP (Ethernet)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		PUERTO USB PARA DESCARGA MANULA DE DATOS	Exigido	si cumple : cuenta con puerto USB para descarga manual de datos	NO	NO APLICA	CUMPLE
		WI-FI OPCIONAL	Exigido	si cumple: puede incorporar WI-FI	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS SA

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
8	MODO DE OPERACIÓN	COMPATIBLE CON OPERACIÓN ON LINE Y OFFLINE	Exigido	ES COMPATIBLE CON OPERACIÓN ON LINE Y OFFLINE	NO	NO APLICA	CUMPLE
9	ENERGIA Y RESPALDO	BATERIA INTERNA DE RESPALDO CON AUTONOMIA MINIMA DE 2 HORAS	Exigido	CON BATERIA DE RESPALDO CON AUTONOMIA DE 2 HORAS	NO	NO APLICA	CUMPLE
		FUENTE DE ALIMENTACION 12V. EL EQUIPO DEBERA INCLUIR SU PROPIA FUENTE DE ALIMIENTACION COMPATIBLE CON LA RED ELECTRICA NACIONAL (220V/50Hz), CON SALIDA DE 12 V DC Y CORREINTE ADECUADA AL CONSUMO DEL DISPOSITIVO	Exigido	CON FUENTE DE ALIMENTACION 12V. FUENTE DE ALIMIENTACION COMPATIBLE CON LA RED ELECTRICA NACIONAL (220V/50Hz), CON SALIDA DE 12 V DC Y CORREINTE ADECUADA	NO	NO APLICA	CUMPLE
10	SOFTWARE Y COMPATIBILIDAD	SDK O API PARA INTEGRACION CON OTROS SISTEMAS	Exigido	CON API PARA INTEGRACION CON OTROS SISTEMAS	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS SA

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		Asistencia técnica, mantenimiento, garantía, instalación, capacitación para el uso del reloj y software. Por 2 años como mínimo.	Minimo	Asistencia técnica, mantenimiento, garantía, instalación, capacitación para el uso del reloj y software. Por 2 años.	NO	NO APLICA	CUMPLE
11	GARANTIA	12 MESES	Exigido	GARANTIA 12 MESES	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Melissa Parodes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: ITCS SA

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
12	RESPALDO TECNICO	PARA GARANTIZAR A LA INSITUCION, LA GARANTIA, ASI COMO LA ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, SERA UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA QUE LA GARANTIA PUEDA SER EJECUTADA EN CUALQUIERA DE LOS CAS DEL PAIS. EL OFERENTE DEBERA INDICAR CUALES SON LOS CAS QUE EXISTEN EN EL PAIS. LA GESTION DE LA EJECUCION DE LA GARANTIA, DEBERA PODER SER HECHA, DIRECTAMENTE A TRAVES DEL OFERENTE, CORRIENDO EN SU CASO, POR CUENTA DEL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO, LA GESTION DE DICHA EJECUCION.	Exigido	CAS AUTORIZADO DE LA MARCA: Aycom S.R.L	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

ÍTEM 7 - PROYECTOR DIGITAL CON SOPORTE DE TECHO INSTALADO

LICITANTE: SEGEL SA

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
1	Marca	A indicar por el oferente		BENQ	NO	NO APLICA	CUMPLE
2	Modelo	A indicar por el oferente		MW560	NO	NO APLICA	CUMPLE
3	Procedencia	A indicar por el oferente		CHINA	NO	NO APLICA	CUMPLE
4	Cantidad	8	Exigido	8	NO	NO APLICA	CUMPLE
5	Sistema de proyección	Tecnología DLP	Exigido	DLP	NO	NO APLICA	CUMPLE
6	Brillo:	4000 lúmenes ANSI de brillo	Exigido	4.000 ANSI LUMENES	NO	NO APLICA	CUMPLE
7	Contraste:	20.000:1 o superior	Exigido	20.000:1	NO	NO APLICA	CUMPLE
8	Lámpara:	Fuente de luz Lámpara. Duración Normal de 6000 hr, Modo economico hasta 10000 hr como minimo.	Exigido	6.000/10.000/15.000 HRS. (NORMAL/ECO/AHORRO DE ENERGIA)	NO	NO APLICA	CUMPLE
9	Resolución Original Nativa:	WXGA (1280x800) o superior	Exigido	WXGA (1280x800)	NO	NO APLICA	CUMPLE
10	Resolución Soportada:	Hasta 1920 x 1200	Exigido	WUXGA_RB (1920x1200)	NO	NO APLICA	CUMPLE
11	Colores proyectables:	1 billones de colores	Exigido	1.07 billones	NO	NO APLICA	CUMPLE
12	Relación de Aspecto:	Nativa 16:10	Exigido	16:10 NATIVA	NO	NO APLICA	CUMPLE
13	Relación de tiro:	1.50 - 1.7 o superior	Exigido	1.55~1.7	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL SA

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
14	Zoom:	1.1X	Exigido	1.1X	NO	NO APLICA	CUMPLE
15	Compensación de proyección:	incluye lens shift (desplazamiento óptico de lente) y corrección trapezoidal digital automática/manual (vertical y horizontal).	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
16	Compatibilidad de video:	NTSC, PAL, SECAM, SDTV, EDTV y HDTV	Exigido	NTSC/PAL/SECAM	NO	NO APLICA	CUMPLE
17	Interfaz	VGA x 1	Exigido	VGA IN/OUT (D-SUBx1/x1)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		HDMI x 2	Exigido	HDMI (x2) (1.4a y HDCP 1.4)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		S-VIDEO Mini DIN 4-pin x 1	Exigido	S-VIDEO IN (MINI DIN 4 PIN) (x1)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Video RCA x 1	Exigido	VIDEO COMPUESTO IN (RCA x1)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Audio in x 1	Exigido	AUDIO IN / OUT (MINI JACK)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Audio out x 1	Exigido	AUDIO IN / OUT (MINI JACK)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Speaker 10W x 1	Exigido	BOCINA 10W (x1)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		USB tipo A x 1 y USB tipo Mini B x 1	Exigido	USB TIPO A (x1) / USB TIPO MINI B (x1)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		RS232 x 1	Exigido	RS232 (x1)	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Barra de seguridad x 1	Exigido	CANDADO KENSINGTON	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL SA

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
18	Temperatura de Funcionamiento:	0°C-40°C	Exigido	0~ 40°C	NO	NO APLICA	CUMPLE
19	Fuente de poder:	AC 100-240V 50/60Hz	Exigido	DE 100 a 240 V de CA, 50/60 Hz	NO	NO APLICA	CUMPLE
20	Nivel de Ruido	34/29 dBA (Normal/Economico modo)	Exigido	34/29 dBA (TIP./ECO.)	NO	NO APLICA	CUMPLE
21	Peso	2,5 kg como máximo	Exigido	2.3 KG	NO	NO APLICA	CUMPLE
22	Accesorios	El Proveedor deberá incluir con la unidad PROYECTOR todos y cada uno de los accesorios estándar (control remoto, cables estándar, etc.) necesarios para el correcto funcionamiento de la unidad solicitada.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
23	Garantía	El fabricante del equipo deberá dar una garantía de 1 (uno) año para el equipo y de (90) noventa días para las Lámparas (focos), con provisión de partes originales y mano de obra sin cargo alguno para la	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestion Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL SA

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		Institución, durante el periodo de la garantía.					
24	Servicio Técnico	La marca ofertada deberá poseer al menos de (1) centro autorizado de servicio (CAS) en el área metropolitana, a manera de dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos.	Exigido	PSLINE	NO	NO APLICA	CUMPLE
25	Certificaciones	Certificado de calidad ISO 9001 vigente	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Certificado medioambiental ISO 14001 vigente	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
26	Se exigirá la presentación de:	Carta de Distribución del Representante local para la licitación de referencia. No se aceptarán notas genéricas.	Exigido	PRESENTA	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL SA

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		Nota del Centro Autorizado de Servicios (CAS) local dirigida la entidad. No se aceptarán notas genéricas.	Exigido	PSLINE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Autorización del Fabricante y del representante local	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Catálogos y especificaciones del equipo ofertado.	Exigido	CUMPLE	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DARIO OLMEDO

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
1	Marca	A indicar por el oferente		BENQ	NO	NO APLICA	CUMPLE
2	Modelo	A indicar por el oferente		MW560	NO	NO APLICA	CUMPLE
3	Procedencia	A indicar por el oferente		CHINA	NO	NO APLICA	CUMPLE
4	Cantidad	8	Exigido	8	NO	NO APLICA	CUMPLE
5	Sistema de proyección	Tecnología DLP	Exigido	TECNOLOGIA DLP	NO	NO APLICA	CUMPLE
6	Brillo:	4000 lúmenes ANSI de brillo	Exigido	4000 lúmenes ANSI de brillo	NO	NO APLICA	CUMPLE
7	Contraste:	20.000:1 o superior	Exigido	20.000:1	NO	NO APLICA	CUMPLE
8	Lámpara:	Fuente de luz Lámpara. Duración Normal de 6000 hr, Modo económico hasta 10000 hr como minimo.	Exigido	Fuente de luz Lámpara. Duración Normal de 6000 hr, Modo económico hasta 10000 hr.	NO	NO APLICA	CUMPLE
9	Resolución Original Nativa:	WXGA (1280x800) o superior	Exigido	WXGA (1280x800)	NO	NO APLICA	CUMPLE
10	Resolución Soportada:	Hasta 1920 x 1200	Exigido	Hasta 1920 x 1200	NO	NO APLICA	CUMPLE
11	Colores proyectables:	1 billones de colores	Exigido	1 billones de colores	NO	NO APLICA	CUMPLE
12	Relación de Aspecto:	Nativa 16:10	Exigido	Nativa 16:10	NO	NO APLICA	CUMPLE
13	Relación de tiro:	1.50 - 1.7 o superior	Exigido	1.50 - 1.7	NO	NO APLICA	CUMPLE
14	Zoom:	1.1X	Exigido	1.1X	NO	NO APLICA	CUMPLE
15	Compensación de proyección:	incluye lens shift (desplazamiento óptico de lente) y corrección trapezoidal digital automática/manual (vertical y horizontal).	Exigido	incluye lens shift (desplazamiento óptico de lente) y corrección trapezoidal digital automática/manual (vertical y horizontal).	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Medes Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP - MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DARIO OLMEDO

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
16	Compatibilidad de video:	NTSC, PAL, SECAM, SDTV, EDTV y HDTV	Exigido	NTSC, PAL, SECAM, SDTV, EDTV y HDTV	NO	NO APLICA	CUMPLE
17	Interfaz	VGA x 1	Exigido	VGA x 1	NO	NO APLICA	CUMPLE
		HDMI x 2	Exigido	HDMI x 2	NO	NO APLICA	CUMPLE
		S-VIDEO Mini DIN 4-pin x 1	Exigido	S-VIDEO Mini DIN 4-pin x 1	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Video RCA x 1	Exigido	Video RCA x 1	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Audio in x 1	Exigido	Audio in x 1	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Audio out x 1	Exigido	Audio out x 1	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Speaker 10W x 1	Exigido	Speaker 10W x 1	NO	NO APLICA	CUMPLE
		USB tipo A x 1 y USB tipo Mini B x 1	Exigido	USB tipo A x 1 y USB tipo Mini B x 1	NO	NO APLICA	CUMPLE
		RS232 x 1	Exigido	RS232 x 1	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Barra de seguridad x 1	Exigido	Barra de seguridad x 1	NO	NO APLICA	CUMPLE
18	Temperatura de Funcionamiento:	0°C-40°C	Exigido	0°C-40°C	NO	NO APLICA	CUMPLE
19	Fuente de poder:	AC 100-240V 50/60Hz	Exigido	AC 100-240V 50/60Hz	NO	NO APLICA	CUMPLE
20	Nivel de Ruido	34/29 dBA (Normal/Economico modo)	Exigido	34/29 dBA (Normal/Economico modo)	NO	NO APLICA	CUMPLE
21	Peso	2,5 kg como máximo	Exigido	2,5 kg	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moisés Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
"PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DARIO OLMEDO

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
22	Accesorios	El Proveedor deberá incluir con la unidad PROYECTOR todos y cada uno de los accesorios estándar (control remoto, cables estándar, etc.) necesarios para el correcto funcionamiento de la unidad solicitada.	Exigido	El Proveedor deberá incluir con la unidad PROYECTOR todos y cada uno de los accesorios estándar (control remoto, cables estándar, etc.) necesarios para el correcto funcionamiento de la unidad solicitada.	NO	NO APLICA	CUMPLE
23	Garantía	El fabricante del equipo deberá dar una garantía de 1 (uno) año para el equipo y de (90) noventa días para las Lámparas (focos), con provisión de partes originales y mano de obra sin cargo alguno para la Institución, durante el periodo de la garantía.	Exigido	El fabricante del equipo deberá dar una garantía de 1 (uno) año para el equipo y de (90) noventa días para las Lámparas (focos), con provisión de partes originales y mano de obra sin cargo alguno para la Institución, durante el periodo de la garantía.	NO	NO APLICA	CUMPLE
24	Servicio Técnico	La marca ofertada deberá poseer al menos de (1) centro autorizado de servicio (CAS) en el área metropolitana, a manera de dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos.	Exigido	La marca ofertada deberá poseer al menos de (1) centro autorizado de servicio (CAS) en el área metropolitana, a manera de dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos.	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moisés Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DARIO OLMEDO

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
25	Certificaciones	Certificado de calidad ISO 9001 vigente	Exigido	Certificado de calidad ISO 9001 vigente	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Certificado medioambiental ISO 14001 vigente	Exigido	Certificado medioambiental ISO 14001 vigente	NO	NO APLICA	CUMPLE
26	Se exigirá la presentación de:	Carta de Distribución del Representante local para la licitación de referencia. No se aceptarán notas genéricas.	Exigido	Carta de Distribución del Representante local para la licitación de referencia. No se aceptarán notas genéricas. PRESENTA	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Nota del Centro Autorizado de Servicios (CAS) local dirigida la entidad. No se aceptarán notas genéricas.	Exigido	Nota del Centro Autorizado de Servicios (CAS) local dirigida la entidad. No se aceptarán notas genéricas. PRESENTA - PSLINE	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Autorización del Fabricante y del representante local	Exigido	Autorización del Fabricante y del representante local	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Catálogos y especificaciones del equipo ofertado.	Exigido	Catálogos y especificaciones del equipo ofertado.	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Mayra Mendoza
Coordinadora de Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

ÍTEM 8 - PIZARRA RETRACTIL PARA PROYECTOR

LICITANTE: SEGEL

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
1	Marca	A indicar por el oferente		QUANTA	NO	NO APLICA	CUMPLE
2	Modelo	A indicar por el oferente		QTTLE150	NO	NO APLICA	CUMPLE
3	Procedencia	A indicar por el oferente		CHINA	NO	NO APLICA	CUMPLE
4	Cantidad	8		8	NO	NO APLICA	CUMPLE
5	Tamaño	150" (~300×220 cm)	Exigido	150" (300x220 cm)	NO	NO APLICA	CUMPLE
6	Garantia	Mínimo 12 meses de garantía para el motor y la tela de proyección.	Exigido	1 AÑO	NO	NO APLICA	CUMPLE
7	Control	Electrico con mando a distancia	Exigido	Proyección Retráctil Eléctrica con Control Remoto	NO	NO APLICA	CUMPLE
8	Instalación	Incluye instalación	Exigido	INCLUYE	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DARIO OLMEDO

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
1	Marca	A indicar por el oferente		QUANTA	NO	NO APLICA	CUMPLE
2	Modelo	A indicar por el oferente		QTTLE150	NO	NO APLICA	CUMPLE
3	Procedencia	A indicar por el oferente		CHINA	NO	NO APLICA	CUMPLE
4	Cantidad	8		8	NO	NO APLICA	CUMPLE
5	Tamaño	150" (~300x220 cm)	Exigido	150" (~300x220 cm)	NO	NO APLICA	CUMPLE
6	Garantia	mínimo 12 meses de garantía para el motor y la tela de proyección.	Exigido	Mínimo 12 meses de garantía para el motor y la tela de proyección.	NO	NO APLICA	CUMPLE
7	Control	Electrico con mando a distancia	Exigido	Electrico con mando a distancia	NO	NO APLICA	CUMPLE
8	Instalación	Incluye instalación	Exigido	Incluye instalación	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

ÍTEM 9 - SISTEMA DE BOTÓN DE PANICO CON INSTALACIÓN Y/O INALAMBRICO

LICITANTE: SEGEL

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
1	Marca	A indicar por el oferente		SYNLETT	NO	NO APLICA	CUMPLE
2	Modelo	A indicar por el oferente		Q034G-F007	NO	NO APLICA	CUMPLE
3	Procedencia	A indicar por el oferente		CHINA	NO	NO APLICA	CUMPLE
4	Cantidad	12 Aparatos con 10 adaptadores portátil cada aparato	Exigido	12	NO	NO APLICA	CUMPLE
5	Panel de visualización	de 30 canales hasta 255 botones de llamada inalámbricos	Exigido	30 canales capaz de programar hasta 255 botones de llamada inalámbricos	NO	NO APLICA	CUMPLE
6	Volúmenes ajustables	3 (tonos de alerta/campanillas y sonido de alarma más alerta de voz de 11 idiomas (inglés, francés, alemán, holandés, español, italiano, portugués, ruso, japonés, cantonés y mandarín)	Exigido	3 volúmenes ajustables en tonos de alerta/campanillas y sonido de alarma más alerta de voz de 11 idiomas (inglés, francés, alemán, holandés, español, italiano, portugues, ruso, japonés, cantones y mandarin)	NO	NO APLICA	CUMPLE
7	Modo de llamada / Modo de Alarma	Modo de llamada: Al cambiar al modo de llamada, el receptor alerta al cuidador expresando el número programado después de recibir una señal del botón transmisor/llamada.	Exigido	Modo de llamada: Al cambiar al modo de llamada, el receptor alerta al cuidador expresando el número programado después de recibir una señal del botón transmisor/llamada.	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abog. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Mo[illegible]es Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: SEGEL

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
		Modo de alarma: Al cambiar al modo de alarma, el receptor suena un sonido de sirena después de recibir una señal del transmisor/botón de llamada.	Exigido	Modo de alarma: Al cambiar al modo de alarma, el receptor suena un sonido de sirena después de recibir una señal del transmisor/botón de llamada.	NO	NO APLICA	CUMPLE
8	Función de memoria	Función de memoria inteligente, recuerda tus volúmenes/campanillas establecidas incluso después de un corte de energía	Exigido	Función de memoria: funciòn de memoria inteligente, recuerda tus volúmenes/campanillas establecidas incluso después de un corte de energía	NO	NO APLICA	CUMPLE
9	Botón de llamada con bateria	Debe incluir baterias alcalinas de 12V de bajo consumo	Exigido	Debe incluir baterias alcalinas de 12V de bajo consumo	NO	NO APLICA	CUMPLE
10	Accesorios:	Unidad de monitoreo de búsqueda de llamadas; botón de llamada x 10; adaptador de corriente de CA; manual de usuario; baterías de 12 V 23 A, cordones, cintas adhesivas y tornillos para botón de llamada; tornillos para la unidad de monitoreo para fijar a una pared.	Exigido	Unidad de monitoreo de búsqueda de llamadas; botón de llamada x 10; adaptador de corriente de CA; manual de usuario; baterías de 12 V 23 A, cordones, cintas adhesivas y tornillos para botón de llamada; tornillos para la unidad de monitoreo para fijar a una pared.	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DARIO OLMEDO

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
1	Marca	A indicar por el oferente		SYNLETT	NO	NO APLICA	CUMPLE
2	Modelo	A indicar por el oferente		Q034G-F007EW(10)	NO	NO APLICA	CUMPLE
3	Procedencia	A indicar por el oferente		CHINA	NO	NO APLICA	CUMPLE
4	Cantidad	12 Aparatos con 10 adaptadores portatil cada aparato	Exigido	12 Aparatos con 10 adaptadores portatil cada aparato	NO	NO APLICA	CUMPLE
5	Panel de visualización	de 30 canales hasta 255 botones de llamada inalámbricos	Exigido	de 30 canales hasta 255 botones de llamada inalámbricos	NO	NO APLICA	CUMPLE
6	Volúmenes ajustables	3 (tonos de alerta/campanillas y sonido de alarma más alerta de voz de 11 idiomas (inglés, francés, alemán, holandés, español, italiano, portugués, ruso, japonés, cantonés y mandarín)	Exigido	3 (tonos de alerta/campanillas y sonido de alarma más alerta de voz de 11 idiomas (inglés, francés, alemán, holandés, español, italiano, portugués, ruso, japonés, cantonés y mandarín)	SI	La desviación identificada se considera inaceptable. Conforme a lo verificado en la documentación remitida en respuesta a la Nota UEP N.º 327/2026, se constató que el equipo ofertado dispone únicamente de siete (7) idiomas, lo cual no cumple con lo establecido en las Especificaciones	NO CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DARIO OLMEDO

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
						Técnicas (EETT). En consecuencia, el equipo no satisface los requisitos exigidos.	
7	Modo de llamada / Modo de Alarma	Modo de llamada: Al cambiar al modo de llamada, el receptor alerta al cuidador expresando el número programado después de recibir una señal del botón transmisor/llamada.	Exigido	Modo de llamada: Al cambiar al modo de llamada, el receptor alerta al cuidador expresando el número programado después de recibir una señal del botón transmisor/llamada.	NO	NO APLICA	CUMPLE
		Modo de alarma: Al cambiar al modo de alarma, el receptor suena un sonido de sirena después de recibir una señal del transmisor/botón de llamada.	Exigido	Modo de alarma: Al cambiar al modo de alarma, el receptor suena un sonido de sirena después de recibir una señal del transmisor/botón de llamada.	NO	NO APLICA	CUMPLE
8	Función de memoria	Función de memoria inteligente, recuerda tus volúmenes/campanillas establecidas incluso después de un corte de energía	Exigido	Función de memoria inteligente, recuerda tus volúmenes/campanillas establecidas incluso después de un corte de energía	NO	NO APLICA	CUMPLE
9	Botón de llamada con bateria	Debe incluir baterias alcalinas de 12V de bajo consumo	Exigido	Debe incluir baterías alcalinas de 12V de bajo consumo	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BIRF Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DARIO OLMEDO

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
10	Accesorios:	Unidad de monitoreo de búsqueda de llamadas; botón de llamada x 10; adaptador de corriente de CA; manual de usuario; baterías de 12 V 23 A, cordones, cintas adhesivas y tornillos para botón de llamada; tornillos para la unidad de monitoreo para fijar a una pared.	Exigido	Unidad de monitoreo de búsqueda de llamadas; botón de llamada x 10; adaptador de corriente de CA; manual de usuario; baterías de 12 V 23 A, cordones, cintas adhesivas y tornillos para botón de llamada; tornillos para la unidad de monitoreo para fijar a una pared.	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

ÍTEM 10 - PARLANTE

LICITANTE: DARIO OLMEDO

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
1	Marca:	A indicar por el oferente		DB TECHNOLOGIES	NO	NO APLICA	CUMPLE
2	Modelo:	A indicar por el oferente		OPERA 12	NO	NO APLICA	CUMPLE
3	Procedencia:	A indicar por el oferente		ITALIA	NO	NO APLICA	CUMPLE
4	Cantidad	2		2	NO	NO APLICA	CUMPLE
5	Altavoz activo	de 2 vías de 12 pulgadas como mínimo	Exigido	DE 2 VIAS DE 12 PULGADAS	NO	NO APLICA	CUMPLE
6	Potencia pico	de 1000 W como mínimo	Exigido	DE 1000 W	NO	NO APLICA	CUMPLE
7	Frecuencia de respuesta	entre 52 y 20.000 Hz	Exigido	ENTRE 52 Y 20.000 Hz	NO	NO APLICA	CUMPLE
8	Amplificador de potencia	RMS de 600W como mínimo y procesamiento DSP con filtros FIR	Exigido	RMS de 600W y procesamiento DSP con filtros FIR	NO	NO APLICA	CUMPLE
9	Canales de entrada	2 canales de entrada (microfono (XLR) y linea (Plug), y micronofono e instrumento)	Exigido	2 canales de entrada (microfono (XLR) y linea (Plug), y micronofono e instrumento)	NO	NO APLICA	CUMPLE
10	Capacidad de selección de canales	solo canal 1, solo canal 2 y canal 1 + 2	Exigido	solo canal 1, solo canal 2 y canal 1 + 2	NO	NO APLICA	CUMPLE
11	Salida	XLR Male (Canal 1 y Salida de Mezcla de canales)	Exigido	XLR Male (Canal 1 y Salida de Mezcla de canales)	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Melnes Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF N° 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE: DARIO OLMEDO

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
12	Seteo de ecualización incorporada	como mínimo 8 frecuencias	Exigido	8 FRECUENCIAS	NO	NO APLICA	CUMPLE
13	Amplificador	SMPS	Exigido	SMPS	NO	NO APLICA	CUMPLE
14	Receptaculos	2 recepctaculos de mastil en la parte inferior de la caja de 35 mm	Exigido	2 recepctaculos de mastil en la parte inferior de la caja de 35 mm	NO	NO APLICA	CUMPLE
15	Asas	2 asas de transporte	Exigido	2 asas de transporte	NO	NO APLICA	CUMPLE
16	Garantia	mínimo 12 meses de garantía, con servicio técnico autorizado en el país	Exigido	mínimo 12 meses de garantía, con servicio técnico autorizado en el país	NO	NO APLICA	CUMPLE
17	Limitador de picos	RMS y térmico	Exigido	RMS y térmico	NO	NO APLICA	CUMPLE
18	Certificaciones	cumplimiento con normas de seguridad y calidad internacionales (CE, UL, FCC, ISO 9001 del fabricante o equivalentes)	Exigido	cumplimiento con normas de seguridad y calidad internacionales (CE, UL, FCC, ISO 9001 del fabricante o equivalentes)	NO	NO APLICA	CUMPLE
19	Voltaje	220V +- 10%	Exigido	220V +- 10%	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

ÍTEM 11 – MICRÓFONO

LICITANTE: DARIO OLMEDO

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	LA OFERTA PRESENTA DESVIACIONES (SI/NO)	LA DESVIACIÓN: A) ES MÍNIMA Y SE ACEPTA?, B) SE EVALÚA? O C) ES INACEPTABLE?	COMPARACIÓN CON LO PREVISTO AL FORMULAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
#	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	CARACTERÍSTICAS			
1	Marca	A indicar por el oferente		RODE	NO	NO APLICA	CUMPLE
2	Modelo	A indicar por el oferente		NT1	NO	NO APLICA	CUMPLE
3	Procedencia	A indicar por el oferente		CHINA	NO	NO APLICA	CUMPLE
4	Cantidad	4		4	NO	NO APLICA	CUMPLE
5	Microfono	a condensador con suspensión elástica y filtro antipop.	Exigido	a condensador con suspensión elástica y filtro antipop.	NO	NO APLICA	CUMPLE
6	Grarantia	mínimo 12 meses de garantía, con servicio técnico autorizado en el país	Exigido	mínimo 12 meses de garantía, con servicio técnico autorizado en el país	NO	NO APLICA	CUMPLE
7	Certificaciones	cumplimiento con normas de seguridad y calidad internacionales CE, UL, FCC, ISO 9001 del fabricante o equivalentes)	Exigido	cumplimiento con normas de seguridad y calidad internacionales CE, UL, FCC, ISO 9001 del fabricante o equivalentes)	NO	NO APLICA	CUMPLE
8	Patron	polar cardiode	Exigido	polar cardiode	NO	NO APLICA	CUMPLE
9	Respuesta	en frecuancia de 20 a 20.000 Hz	Exigido	en frecuancia de 20 a 20.000 Hz	NO	NO APLICA	CUMPLE
10	Tipo de conexión	XLR 3 pines	Exigido	XLR 3 pines	NO	NO APLICA	CUMPLE

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

4.4. SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE VALIDEZ DE OFERTA

Se solicitó a los Licitantes la extensión de la validez de sus ofertas, conforme a lo establecido en la Solicitud de Ofertas (SDO), Sección I – Instrucciones a los Licitantes (IAL) 18.2, según el siguiente detalle:

N°	LICITANTE	FECHA VALIDEZ DE OFERTA SEGÚN CARTA OFERTA ORIGINAL	NOTA DE PEDIDO	FECHA DE PEDIDO	OBSERVACIÓN
1	ITCS S.A.	08/05/2026	662/2026	17/04/2026	No presentó la extensión requerida
2	DATA LAB S.A.	08/05/2026	663/2026	17/04/2026	Respondió que mantiene su oferta hasta el 08/05/2026, es decir no extendió la validez de su oferta
3	SEGEL S.A.	08/05/2026	660/2026	17/04/2026	Presentó la extensión de su oferta hasta el 08/08/2026
4	DARIO OLMEDO	08/05/2026	661/2026	17/04/2026	Presentó la extensión de su oferta hasta el 08/08/2026

Como se puede observar, los licitantes ITCS S.A. y DATALAB S.A. no presentaron la extensión de la validez de sus ofertas conforme a lo solicitado, por lo que sus ofertas no serán consideradas en las siguientes etapas del proceso de evaluación.

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. M... Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
...ECTO FORTALE... DEL SECTOR SALUD"
...mo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

4.5. CAPACIDAD FINANCIERA

La evaluación de la capacidad financiera se realiza conforme a lo indicado en la *Sección III Criterios de Evaluación y Calificación 3.1. Criterios de calificación (IAL 37.1), (a) Capacidad financiera*, que establece lo siguiente:

El Licitante deberá proporcionar prueba documental que demuestre que cumple los siguientes requisitos financieros: Volumen anual de ventas en al menos 2 años de los últimos 5 años previos a la presentación de ofertas (2020-2021-2022-2023-2024) deberá ser equivalente, como mínimo:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONEDA	MONTO
1	Computadoras de Escritorio - Avanzada	GUARANIES	**1.094.400.000**
2	Computadoras portátiles - Intermedia	GUARANIES	**81.600.000**
3	UPS de 1200 VA	GUARANIES	**127.680.000**
4	Reloj marcador biométrico	GUARANIES	**34.502.400**
5	Fotocopiadora Multifuncional	GUARANIES	**117.120.000**
6	Impresora Láser Monocromático	GUARANIES	**475.200.000**
7	Proyector digital c/ soporte de Techo Instalado	GUARANIES	**72.960.000**
8	Pizarra retráctil para Proyector	GUARANIES	**28.800.000**
9	Sistema de botón de pánico con instalación y/o inalámbrico	GUARANIES	**43.200.000**
10	Parlante	GUARANIES	**12.960.000**
11	Micrófono	GUARANIES	**17.280.000**

Si un Licitante presenta oferta en más de 1 (un) ítem, para que pueda ser adjudicado en la totalidad de ítems ofertados, deberá acreditar el monto total que resulte de la sumatoria del monto requerido para cada ítem (ejemplo: si un Licitante presenta oferta para el ítem 1 y el ítem 2, la capacidad financiera del Licitante para ser adjudicado deberá ser la sumatoria del monto requerido para el ítem 1 y el ítem 2). El Volumen Anual de Ventas se acreditará mediante la inclusión de una copia de los 5 (cinco) balances generales de los siguientes periodos (2020-2021-2022-2023-2024), auditados, (es decir, adjunto con los balances se deberán presentar los Informes del Auditor Externo) o, si no fuera obligatorio en el país del Licitante, de otros estados financieros aceptables para el Contratante.

Se exigirá que la capacidad financiera sea la del licitante, y no la de su casa matriz o grupo económico. Para una APCA, este requisito puede ser cumplido por todos los miembros combinados.

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

A continuación, se presenta la revisión de la capacidad financiera de los licitantes que presentaron las documentaciones requeridas y la correspondiente extensión de validez de sus ofertas:

4.5.1. CAPACIDAD FINANCIERA DE SEGEL S.A

Ítem	Descripción de los Bienes	Moneda	Volumen Anual de Ventas requerido según la SDO	Volumen Anual de Ventas según Estados Financieros 2020	Volumen Anual de Ventas según Estados Financieros 2021	Volumen Anual de Ventas según Estados Financieros 2022	Volumen Anual de Ventas según Estados Financieros 2023	Volumen Anual de Ventas según Estados Financieros 2024
1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - AVANZADA	Guaraníes	1.094.400.000	33.291.786.825	46.156.960.995	64.132.426.747	62.636.302.836	77.750.376.473
2	COMPUTADORAS PORTÁTILES - INTERMEDIA	Guaraníes	81.600.000					
7	PROYECTOR DIGITAL C/ SOPORTE DE TECHO INSTALADO	Guaraníes	72.960.000					
8	PIZARRA RECTRACTIL PARA PROYECTOR	Guaraníes	28.800.000					
9	SISTEMA DE BOTÓN DE PANICO CON INSTALACIÓN Y/O INALAMBRICO	Guaraníes	43.200.000					
Total			**1.320.960.000**					

El Licitante presentó ofertas para los Ítems 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9; no obstante, para el análisis de la capacidad financiera únicamente se consideran los Ítems 1, 2, 7, 8 y 9, ya que son los ítems donde SEGEL S.A. cumple con los requisitos técnicos y documentales. Para el cumplimiento del

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo Directora
Dirección de Gestión Administrativa - [illegible]
MSP y BS - PARC

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

requisito financiero correspondiente a dichos ítems, se exige un Volumen Anual de Ventas mínimo de Gs. 1.320.960.000, requisito que es ampliamente cumplido por SEGEL S.A.

4.5.2. CAPACIDAD FINANCIERA DE DARIO OLMEDO

Ítem	Descripción de los Bienes	Moneda	Volumen Anual de Ventas requerido según la SDO	Volumen Anual de Ventas según Estados Financieros 2020	Volumen Anual de Ventas según Estados Financieros 2021	Volumen Anual de Ventas según Estados Financieros 2022	Volumen Anual de Ventas según Estados Financieros 2023	Volumen Anual de Ventas según Estados Financieros 2024
7	PROYECTOR DIGITAL CON SOPORTE DE TECHO INSTALADO	Guaraníes	72.960.000	1.156.501.818	362.083.637	579.109.091	640.825.455	738.662.726
9	SISTEMA DE BOTÓN DE PANICO CON INSTALACIÓN Y/O INALAMBRICO	Guaraníes	43.200.000					
11	MICRÓFONO	Guaraníes	17.280.000					
Total			**133.440.000**					

El Licitante presentó ofertas para los Ítems 3, 7, 8, 9, 10 y 11; no obstante, para el análisis de la capacidad financiera únicamente se consideran los Ítems 7, 9 y 11, ya que son los ítems donde DARIO OLMEDO cumple con los requisitos técnicos y documentales. Para el cumplimiento del requisito financiero correspondiente a dichos ítems, se exige un Volumen Anual de Ventas mínimo de Gs. 133.440.000, requisito que es ampliamente cumplido por DARIO OLMEDO.

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP - MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

4.6. EXPERIENCIA ESPECÍFICA

La evaluación de la experiencia específica se realiza conforme a lo indicado en la *Sección III Criterios de Evaluación y Calificación 3.1. Criterios de calificación (IAL 37.1), (b) Experiencia Especifica*, que establece lo siguiente: *El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos 3 (tres) contratos en los últimos 5 (cinco) años (2020-2021-2022-2023-2024) y que se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y que sean similares en naturaleza y complejidad a los Bienes y Servicios relacionados a este llamado. Para una APCA, este requisito puede ser cumplido por todos los miembros combinados. Los contratos que se encuentren expresados en moneda extranjera (distinta a guaraníes), para su evaluación y comparación será convertida a guaraníes al tipo de cambio establecido en la IAL 32.1 de la Sección II.*

A continuación, se expone la revisión realizada a cada Licitante:

LICITANTE	INSTITUCIÓN	AÑO	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
SEGEL S.A.	ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A	2022	PRESENTA	CUMPLE	FACTURA N° 001-001-0114705/0114706 (FOLIO 137) PRESENTA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO (FOLIO 136)
	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE	2023	PRESENTA	CUMPLE	FACTURA N° 001-004-0000220 (FOLIO 144) PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (FOLIO 143)
	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS - DNCP	2024	PRESENTA	CUMPLE	FACTURA N° 001-001-0160050 (FOLIO 175) PRESENTA ACTA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN (FOLIO 169-174)

El Licitante SEGEL S.A, **CUMPLE** con el requisito de experiencia especifica de acuerdo con las exigencias establecidas en la Solicitud de Oferta (SDO).

Lic. Medys Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

LICITANTE	INSTITUCIÓN	AÑO	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
DARIO OLMEDO	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE	2021	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	CUMPLE	CONTRATO N° 8559/2021 (FOLIO 8 AL 12) PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (FOLIO 7), RESPUESTA A LA CONSULTA A TRAVÉS DE LA NOTA UEP 2089/2025)
	MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA	2023	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CUMPLE	CONTRATO N° 19/2023 (FOLIO 14 AL 18) PRESENTA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (FOLIO 13), RESPUESTA A LA CONSULTA A TRAVÉS DE LA NOTA UEP 2089/2025)
	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	2024	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	CUMPLE	ORDEN DE COMPRA N° 12/2024 (FOLIO 25 AL 26) PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (FOLIO 23), RESPUESTA A LA CONSULTA A TRAVÉS DE LA NOTA UEP 2089/2025)

El Licitante DARIO OLMEDO, **CUMPLE** con el requisito de experiencia especifica de acuerdo con las exigencias establecidas en la Solicitud de Oferta (SDO).

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

4.7. RESUMEN DE EVALUACIÓN

4.7.1. ÍTEM 1 - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - AVANZADA

DATA LAB S.A.: presenta la oferta más baja para el ítem 1, pero no presento autorización del fabricante, y no extendió la validez de su oferta, por lo que el Comité de Evaluación concluye que **NO CUMPLE** con los requisitos establecidos en la Solicitud de Oferta (SDO). En consecuencia, se procede al rechazo de su oferta para este ítem.

ITCS S.A.: presenta la segunda oferta más baja para el ítem 1, pero luego de las revisiones y análisis de la oferta presentada por este Licitante, el Comité de Evaluación concluye que **NO CUMPLE** con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas, y no extendió la validez de su oferta. En consecuencia, se procede al rechazo de su oferta para este ítem.

SEGEL S.A: presenta la tercera oferta más baja para el ítem 1, y luego de las revisiones y análisis de la oferta presentada por este Licitante, el Comité de Evaluación concluye que **CUMPLE** con los requisitos establecidos en la Solicitud de Oferta (SDO).

4.7.2. ÍTEM 2 - COMPUTADORAS PORTATILES - INTERMEDIA

SEGEL S.A: presenta la única oferta para el ítem 2 y luego de las revisiones y análisis de la oferta presentada por este Licitante, el Comité de Evaluación concluye que **CUMPLE** con los requisitos establecidos en la Solicitud de Oferta (SDO).

4.7.3. ÍTEM 3 - UPS DE 1200 VA

DARIO OLMEDO: presenta la oferta más baja para el ítem 3, pero luego de las revisiones y análisis de la oferta presentada por este Licitante, el Comité de Evaluación concluye que **NO CUMPLE** con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas. En consecuencia, se procede al rechazo de su oferta para este ítem.

SEGEL S.A: presenta la segunda oferta más baja para el ítem 3, pero luego de las revisiones y análisis de la oferta presentada por este Licitante, el Comité de Evaluación concluye que **NO CUMPLE** con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas. En consecuencia, se procede al rechazo de su oferta para este ítem.

4.7.4. ÍTEM 4 - RELOJ BIOMETRICO

SEGEL S.A: presenta la oferta más baja para el ítem 4, pero luego de las revisiones y análisis de la oferta presentada por este Licitante, el Comité de Evaluación concluye que **NO CUMPLE** con los

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BIRF Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abg. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD
BIRF Nº 8963-PY - UEP - MSPBS

requisitos establecidos en las especificaciones técnicas y tampoco presento la autorización del fabricante. En consecuencia, se procede al rechazo de su oferta para este ítem.

ITCS S.A.: presenta la segunda oferta más baja para el ítem 4, cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero no presento la extensión de la validez de su oferta, por lo que el Comité de Evaluación concluye que **NO CUMPLE** con los requisitos establecidos en la Solicitud de Oferta (SDO). En consecuencia, se procede al rechazo de su oferta para este ítem.

4.7.5. ÍTEM 7 - PROYECTOR DIGITAL CON SOPORTE DE TECHO INSTALADO

SEGEL S.A: presenta la oferta más baja para el ítem 7, y luego de las revisiones y análisis de la oferta presentada por este Licitante, el Comité de Evaluación concluye que **CUMPLE** con los requisitos establecidos en la Solicitud de Oferta (SDO).

DARIO OLMEDO: presenta la segunda oferta más baja para el ítem 7, y luego de las revisiones y análisis de la oferta presentada por este Licitante, el Comité de Evaluación concluye que **CUMPLE** con los requisitos establecidos en la Solicitud de Oferta (SDO).

4.7.6. ÍTEM 8 - PIZARRA RETRACTIL PARA PROYECTOR

SEGEL S.A: presenta la oferta más baja para el ítem 8, y luego de las revisiones y análisis de la oferta presentada por este Licitante, el Comité de Evaluación concluye que **CUMPLE** con los requisitos establecidos en la Solicitud de Oferta (SDO).

DARIO OLMEDO: presenta la segunda oferta más baja para el ítem 8, y luego de las revisiones y análisis de la oferta presentada por este Licitante, el Comité de Evaluación concluye que **CUMPLE** con los requisitos establecidos en la Solicitud de Oferta (SDO).

4.7.7. ÍTEM 9 - SISTEMA DE BOTÓN DE PANICO CON INSTALACIÓN Y/O INALAMBRICO

SEGEL S.A: presenta la oferta más baja para el ítem 9, y luego de las revisiones y análisis de la oferta presentada por este Licitante, el Comité de Evaluación concluye que **CUMPLE** con los requisitos establecidos en la Solicitud de Oferta (SDO).

DARIO OLMEDO: presenta la segunda oferta más baja para el ítem 9, pero luego de las revisiones y análisis de la oferta presentada por este Licitante, el Comité de Evaluación concluye que **NO CUMPLE** con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas. En consecuencia, se procede al rechazo de su oferta para este ítem.

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

4.7.8. ÍTEM 10 - PARLANTE

DARIO OLMEDO: presenta la única oferta para el ítem 10, y cumple con las especificaciones técnicas y las documentaciones requeridas; sin embargo, no presentó el desglose de precios de su oferta, pese a haber sido solicitado durante el proceso de evaluación, por lo que el Comité de Evaluación concluye que **NO CUMPLE** con los requisitos establecidos en la Solicitud de Oferta (SDO). En consecuencia, se procede al rechazo de su oferta para este ítem.

4.7.9. ÍTEM 11 – MICRÓFONO

DARIO OLMEDO: presenta la única oferta para el ítem 11, y luego de las revisiones y análisis de la oferta presentada por este Licitante, el Comité de Evaluación concluye que **CUMPLE** con los requisitos establecidos en la Solicitud de Oferta (SDO).

5. CUADRO DE MONITOREO DE PRECIOS

A continuación, se procede a realizar el monitoreo de precios de los licitantes cuyas ofertas son las más convenientes y que cumplen sustancialmente con los requisitos de calificación:

LICITANTE: SEGEL S.A.				
Ítem	**Descripción de los Bienes**	**Monto referencial del llamado**	**Monto total de la oferta**	**Diferencia porcentual con el precio referencial**
1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - AVANZADA	456.000.000	519.373.702	13,9%
2	COMPUTADORAS PORTATILES - INTERMEDIA	34.000.000	38.973.888	14,6%
7	PROYECTOR DIGITAL CON SOPORTE DE TECHO INSTALADO	30.400.000	45.097.776	48,3%
8	PIZARRA RETRACTIL PARA PROYECTOR	12.000.000	16.388.888	36,6%
9	SISTEMA DE BOTÓN DE PANICO CON INSTALACIÓN Y/O INALAMBRICO	18.000.000	18.065.856	0,4%

LICITANTE: DARIO OLMEDO				
Ítem	**Descripción de los Bienes**	**Monto referencial del llamado**	**Monto total de la oferta**	**Diferencia porcentual con el precio referencial**
11	MICRÓFONO	7.200.000	10.000.000	38,9%

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025


Conforme se visualiza en los cuadros precedentes, se procedió al análisis de la diferencia porcentual con relación al precio referencial y al monto ofertado por los Licitantes para los Ítems 1, 2, 7, 8, 9 y 11 cuyas ofertas son las más convenientes y cumplen íntegramente con los requisitos establecidos en el documento de Solicitud de Oferta (SDO). Con relación a los ítems 1, 2 y 9 se concluye que todas las ofertas no están identificadas como una (OAB) Oferta Anormalmente Baja.

Además, se procedió a solicitar al Licitante SEGEL S.A., el desglose de precios correspondiente al Ítem 7 "PROYECTOR DIGITAL CON SOPORTE DE TECHO INSTALADO", considerando que su oferta supera en un 48,3% el precio referencial. Asimismo, se solicitó el desglose de precios para el Ítem 8 "PIZARRA RETRÁCTIL PARA PROYECTOR", debido a que su oferta supera en un 36,6% el precio referencial establecido.

De igual manera, se procedió a solicitar al Licitante DARIO OLMEDO el desglose de precios correspondiente al Ítem 11 "MICRÓFONO", considerando que su oferta supera en un 38,9% el precio referencial.

Los licitantes remitieron en tiempo y forma la información requerida, y el Comité de Evaluación considera que el desglose presentado por cada uno se encuentra debidamente justificado.

Por otra parte, se expone los precios publicados en páginas de ventas del "PROYECTOR DIGITAL CON SOPORTE DE TECHO INSTALADO", marca BENQ, modelo MW560, ofertado por el licitante SEGEL S.A.:



Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF N° 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

TOP TECHNOLOGY

Buscar productos

Contacta con un vendedor

Ver Comparación

Inicio / Electrónica / Proyectores /
Proyector Benq MW560 4000 Lúmenes HDMI – Blanco

AGOTADO



Proyector Benq MW560 4000 Lúmenes HDMI – Blanco

Precio web ₲3.933.540

Precio abonando con transferencia bancaria ₲3.690.000

Sin existencias

rainbow.com.py/informatica/proyector-benq-mw560-wxga-4000l-hdmi-usb-vga-blanco/

Rainbow

Buscar productos ...

Nuestros Productos | Agendas 2026 | Impresión 3D | Impresión Digital | Impresoras Láser

Inicio > Productos > Informática > PROYECTOR BENQ MW560 WXGA 4000L HDMI/USB/VGA/BLANCO



BenQ

PROYECTOR BENQ MW560 WXGA 4000L HDMI/USB/VGA/BLANCO

~~₲ 6.396.000~~ ₲ 5.543.000

Agotado

SKU: 87971 Categoría: Informática

Hasta 10 cuotas Pagando con tus t de crédito Itaú

(Vigente hasta el 30 de junio 2026.)


Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

Precios publicados en páginas de ventas de la "PIZARRA RETRACTIL PARA PROYECTOR", marca QUANTA, modelo QTTLE150, ofertado por el licitante SEGEL S.A.:





Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Préstamo BIRF Nº 8963-PY - UEP - MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025



Precios publicados en páginas de ventas del "MICRÓFONO", marca RODE, modelo NT1, ofertado por el licitante DARIO OLMEDO:



Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025





Luego del análisis de la documentación presentada el comité realizo también la verificación en páginas web de ventas de estos productos, y pudo constatar que los precios ofertados se enmarcan en los precios actuales del mercado para estos equipos, por lo que se aceptan las ofertas para los ítems mencionados.

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM Nº 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

6. RECOMENDACIÓN

En conclusión, finalizado el análisis de ofertas respecto de los requisitos establecidos en la Solicitud de Oferta (SDO) del llamado ***SDO LPN Nº 09/2025 "Adquisición de equipamientos tecnológicos para Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, Servicios de Atención Ambulatoria en Salud Mental y Adicciones y Unidades de Internación Psiquiátrica en Hospitales Generales" - Ad Referéndum al PGN 2026" - ID DNCP N° 474586 - STEP N° PY-MSPBS-509073-GO-RFB,*** el Comité de Evaluación recomienda la adjudicación del presente llamado, conforme al siguiente detalle:

LICITANTE: SEGEL S.A.		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES**	**MONTO (IVA INCLUIDO)**
1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - AVANZADA	519.373.702
2	COMPUTADORAS PORTATILES - INTERMEDIA	38.973.888
7	PROYECTOR DIGITAL CON SOPORTE DE TECHO INSTALADO	45.097.776
8	PIZARRA RETRACTIL PARA PROYECTOR	16.388.888
9	SISTEMA DE BOTÓN DE PANICO CON INSTALACIÓN Y/O INALAMBRICO	18.065.856
MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)		**637.900.110**

LICITANTE: DARIO OLMEDO		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES**	**MONTO (IVA INCLUIDO)**
11	MICRÓFONO	10.000.000
MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)		**10.000.000**

A continuación, se mencionan los Ítems que se recomienda declarar desierto:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	OBSERVACIÓN
3	UPS DE 1200 VA	LAS OFERTAS PRESENTADAS NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA SDO.
4	RELOJ BIOMETRICO	LAS OFERTAS PRESENTADAS NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA SDO.

Lic. Medes Mendoza
Coordinador en Gestión Financiera
Proyecto BM N° 8963-Py

Abg. Lorena Melgarejo, Directora
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
MSP y BS - DNSM

Abog. Moises Paredes
ESPECIALISTA JURIDICO
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD"
Prestamo BIRF Nº 8963-PY - UEP MSPBS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
SDO LPN Nº 09/2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	OBSERVACIÓN
5	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	ÍTEM NO COTIZADO.
6	IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICO	ÍTEM NO COTIZADO
10	PARLANTE	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA SDO

En virtud de lo expuesto, corresponde realizar las gestiones pertinentes para la aprobación de la adjudicación y la declaración desierta, comunicar dichas decisiones a las instancias de rigor y, en consecuencia, viabilizar la emisión de la Resolución correspondiente, a fin de notificar oficialmente a quienes corresponda.

En constancia de las actuaciones realizadas por el Comité de Evaluación, se suscribe el presente informe a los 28 días del mes de mayo del año 2026.

Abg. Moisés Paredes,
Representante Jurídico de la UEP

Lic. Medes Mendoza,
Representante Financiero de la UEP

Abg. Lorena Beatriz Melgarejo,
Representante Técnico de la DNSM