

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 310630

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:37 del día 9/12/2016,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 310630 -
LPN SBE 52-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE RADIOLOGÍA Y CARDIOLOGÍA, DIAGNOSTICA NO INVASIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DE
IPS
de la Institución:

Código Verificador: b2ce21224d017ad119f95638a502b610

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	Sección VII – Inciso F) Cualquier otro documento adicional requerido Solicitamos para el numeral 15: Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de EQUIPOS BIOMEDICOS (en reemplazo del término Bienes objeto del presente llamado) donde conste el desempeño satisfactorio en la provisión del referido bien, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).	09-09-2016	17:15:31
RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC	28-10-2016	14:56:31
CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	Con relación al Punto 3.2. Se recomienda incrementar la potencia para poder realizar también estudios en pacientes pediátricos con mayor poder de penetración y menos dosis. El valor sugerido es de al menos 30 kW.	09-09-2016	17:36:31
RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.	28-10-2016	14:56:41
CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	Donde se solicita en el Punto 3.4. Solicitamos para una mayor participación de fabricantes, que se puedan cotizar equipos de al menos mAs hasta 220mAs o superior.	09-09-2016	17:44:47
RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.	28-10-2016	14:56:48
CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	Donde solicitan en el Punto 4.2. Solicitamos para una mayor participación permitan la cotización de equipos con rango de variación de hasta 220 mAs o superior	09-09-2016	17:51:22
RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.	28-10-2016	14:56:58

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Como característica tecnica importante, recomendamos incluir la siguiente especificación: MEDICION Y ALINEACIÓN LASER PARA UN METRO DE DISTANCIA.		09-09-2016	17:52:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016	14:57:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Como característica técnica de alto grado de importancia, recomendamos la siguiente especificación técnica: EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE SE ACTUALIZADO A DIGITAL EN EL FUTURO.		09-09-2016	17:54:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016	14:57:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Creemos necesario y en correspondencia a las nuevas normativas aplicables a la provisión de equipos de rayos x, que se soliciten la presentación de los siguientes documentos, los cuales son exigidos por Ley a la hora de importarlos. *Habilitación y/o Registro Vigente como proveedor de Equipos Radiológicos, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) creada por ley 5169/2014, para los ítems 1 y 2.		09-09-2016	17:59:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016	14:57:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 1 dice: Normas de calidad: FDA y CE. Deberá cumplir ambos. Solicitamos modificar a Normas de calidad: FDA/CE/JIS o al menos una de ellas. considerando que el cumplimiento de una de ellas garantiza la calidad del equipo ofertado y a modo de dar participación a un mayor número de oferentes.		11-09-2016	04:31:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016	14:57:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 1 dice: Brazo porta-tubo articulado o con columna porta tubo contrabalanceada con altura máxima de foco de por lo menos 200 cm. Solicitamos modificar este parámetro a Brazo porta-tubo articulado o con columna porta tubo contrabalanceada con altura máxima de foco de por lo menos 180 cm. a modo de dar participación a un mayor número de oferentes.		11-09-2016	04:32:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016	14:57:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En las Sección Especificaciones Técnicas del Ítem 1 dice: Tubo de rayos X con doble punto focal y ánodo giratorio de alta rotación. Solicitamos modificar este punto a Tubo de rayos X con al menos un punto focal de 0,8 mm o menor y ánodo giratorio de alta rotación., de modo a dar participación a un mayor número de oferentes. La cantidad de puntos focales está sujeta a los requerimientos de energía, que en este caso no son muy elevados y pueden ser manejados por un punto focal con las dimensiones sugeridas.		11-09-2016	04:33:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		28-10-2016	14:57:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 1 dice: Capacidad máxima: 150 KHU o más. Solicitamos modificar este parámetro a Capacidad de absorción calórica del ánodo de 100 KHU o más., considerando que como se solicita un tubo con ánodo giratorio los requerimientos de capacidad de absorción de calor del mismo pueden ser menores y de modo a dar participación a un mayor número de oferentes.		11-09-2016	04:34:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016	14:57:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 1 se solicita: Variación de mA de 32 mA o menos a 200 mA o más. Solicitamos modificar este punto a Corriente máxima del tubo de 300 mA o más. esto debido a que es más importante la variación o el rango de mAs. Lo ideal es tener un mayor valor de mA en el menor tiempo posible, y en este caso se está considerando un mayor valor de corriente con el tiempo mínimo de exposición solicitado.		11-09-2016	04:35:32
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		28-10-2016	14:58:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 1 se solicita Display digital para KV/mA/mAs. Solicitamos modificar este punto a Display digital para KV/mAs con posibilidad de ajuste libre de ambos parámetros. esto debido a que KV y mAs son los parámetros ajustados en los equipos de Rx para las diferentes exposiciones y de modo a dar participación a un mayor número de oferentes.		11-09-2016	04:36:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		28-10-2016	14:58:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 2 dice: Normas de calidad: FDA y CE. Deberá cumplir ambos. Solicitamos modificar a Normas de calidad: FDA/CE/JIS o al menos una de ellas. considerando que el cumplimiento de una de ellas garantiza la calidad del equipo ofertado y a modo de dar participación a un mayor número de oferentes.		11-09-2016	04:37:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016	14:58:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 2 dice: Movimiento longitudinal de la mesa relativo al tubo de 100 cm o más. Sugerimos modificar este punto a Movimiento longitudinal de la mesa relativo al tubo de 150 cm o más. esto a modo de ampliar el requisito mínimo de movimiento de la mesa y de esta manera garantizar la comodidad y facilidad en el flujo de trabajo del equipo.		11-09-2016	04:37:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016	14:58:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 2 dice: Movimiento transversal de la mesa relativo al tubo de 22 cm o más. Sugerimos modificar este punto a Movimiento transversal de la mesa relativo al tubo de 30 cm o más. esto a modo de ampliar el requisito mínimo de movimiento de la mesa y de esta manera garantizar la comodidad y facilidad en el flujo de trabajo del equipo.		11-09-2016	04:38:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016	14:58:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 2 dice: Potencia de al menos 50 KW (a 100 kV). Sugerimos modificar este punto a Potencia de al menos 60 KW (a 100 kV). esto a modo de ampliar el requisito mínimo de potencia del generador de Rx del equipo y garantizar un mayor campo de operaciones (principalmente en procedimientos con pacientes obesos).		11-09-2016	04:38:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		28-10-2016	14:58:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 2 dice: Para radiografía: Rango de kV de 40 kV o menos a 150 kV o más. Rango de mA de 10 mA o menos a 600 mA o más. Sugerimos modificar este punto a Para radiografía: Rango de kV de 40 kV o menos a 150 kV o más. Rango de mA de 1 mA o menos a 650 mA o más. esto a modo de ampliar el rango de mA y garantizar un mayor campo de operaciones (principalmente en procedimientos con pacientes obesos).		11-09-2016	04:39:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		28-10-2016	14:59:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 2 dice: Para fluoroscopia: Rango de kV de 40 kV o menos a 110 kV o más. Rango de mA de 0,5 mA o menos a 6 mA o más. Sugerimos modificar este punto a Para fluoroscopia: Rango de kV de 40 kV o menos a 110 kV o más. Rango de mA de 0,5 mA o menos a 20 mA o más para fluoroscopia pulsada y de 0,5 mA o menos a 4 mA o más para fluoroscopia continua. esto a modo de garantizar un mayor campo de operaciones.		11-09-2016	04:40:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016	14:59:12
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 2 dice: Capacidad térmica del ánodo de al menos 350 KHU o más. Sugerimos modificar este parámetro a Capacidad térmica del ánodo de al menos 500 KHU o más., esto considerando una mayor potencia del generador de 60 KW.		11-09-2016	04:41:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016	14:59:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 2 dice: Proyecciones oblicuas como mínimo de 35°. Solicitamos a la convocante aclarar si este punto se refiere a planigrafía. Favor dar una descripción detallada de a qué se refiere con este requerimiento.		11-09-2016	04:41:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016	14:59:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 2 dice: Indicador luminoso del campo. Sugerimos modificar este parámetro a Indicador luminoso del campo con tecnología LED., esto a modo de garantizar mayor tiempo de duración del indicador luminoso y mejor luminosidad.		11-09-2016	04:42:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016	14:59:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 2 dice: Mínimo una pantalla plana de 18 o mayor, resolución de 1024x768 o mayor para la consola de control. Sugerimos modificar este punto a Mínimo una pantalla plana de 18 o mayor, resolución de 1280x1024 o mayor para la consola de control., esto a modo de garantizar una mejor visualización y apreciación de los estudios realizados.		11-09-2016	04:42:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016	14:59:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 2 dice: Mínimo una pantalla plana de 18 o mayor, resolución de 1024x768 o mayor para la sala de estudios. Sugerimos modificar este punto a Mínimo una pantalla plana de 18 o mayor, resolución de 1280x1024 o mayor para la sala de estudios., esto a modo de garantizar una mejor visualización y apreciación de los estudios realizados.		11-09-2016	04:43:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016	15:00:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 2 dice: Capacidad de almacenamiento de 5.000 imágenes o más en matriz de 1024x1024. Sugerimos modificar este punto a Capacidad de almacenamiento de 30.000 imágenes o más en matriz de 1024x1024., esto a modo ampliar la capacidad mínima requerida y así prolongar el tiempo de almacenamiento de los estudios más antiguos.		11-09-2016	04:44:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016	15:00:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En Capacidad Financiera de la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación dice: Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1,25 en promedio, en los años 2013, 2014 y 2015. Solicitamos sea sustituido por: Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1,20 en promedio, en los años 2013, 2014 y 2015. O se considere los anteriores pliegos en donde podemos notar que se han solicitado que el promedio de los ratios de los últimos tres años deberá ser igual o mayor a 1.		11-09-2016	04:46:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		28-10-2016	15:00:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 3.1 Generador de alta frecuencia de al menos 40 kHz. Solicitamos que acepten cotizar con frecuencia de 30KHZ máximo para mayor participación de oferentes.		12-09-2016	09:59:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		28-10-2016	15:00:28

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
Donde dice: 3.2 Potencia: 20 kW o más. Solicitamos que acepten cotizar con potencia de 18 KW como mínimo.		12-09-2016
09:59:34		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016
15:00:38		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
Donde dice: 3.3 Tubo de rayos X con doble punto focal y ánodo giratorio de alta rotación. Para mayor participación de oferentes solicitamos si pueden cotizar de un punto focal en adelante.		12-09-2016
09:59:57		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		28-10-2016
15:00:47		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
Donde dice: 3.4 Solicitan tubo que alcance al menos hasta 250 mAs. Solicitamos que acepten tubo que alcance desde 100 mAs o más.		12-09-2016
10:00:17		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016
15:00:59		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
Donde dice: 3.5 Capacidad máxima: 150 KHU o más. Solicitamos que la capacidad máxima DE 140 KHU como mínimo.		12-09-2016
10:00:39		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016
15:01:08		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
Donde dice: 4.2 Variación de mAs de 1 mAs o menor a 250 mAs o más. Solicitamos una Variación de mAs de 0,5 hasta 100 mAs como mínimo.		12-09-2016
10:00:59		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
el oferente deberá remitirse a la Adenda 4.		28-10-2016
15:01:16		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
Donde dice: 3.1 Generador de alta frecuencia de al menos 40 kHz. Solicitamos que acepten cotizar con frecuencia de al menos 30KHZ para mayor participación de oferentes. Donde dice: 3.2 Potencia: 30 kW o más. Solicitamos que acepten cotizar con potencia de 18 KW como mínimo o más. Donde dice: 3.3 Tubo de rayos X con doble punto focal y ánodo giratorio de alta rotación. Para mayor participación de oferentes solicitamos si pueden cotizar de un punto focal en adelante. Donde dice: 3.4 Solicitan tubo que alcance al menos hasta 220 mAs. Solicitamos aclarar si el tubo de alcance solicitado sería desde 220 o hasta la misma. Donde dice: 4.2 Variación de mAs de 1 mAs o menor a 220 mAs o más. Solicitamos una Variación de 1 mAs o menor a 100 mAs o más. Donde dice: 4.3 Tiempo mínimo de exposición a 5ms o mejor. Solicitamos que acepten tiempo mínimo de exposición a 1.50 o mejor. Donde dice: 5.2 Idioma de paneles: Español o Inglés con su correspondiente pictografía Para mayor participación de oferentes solicitamos que la pictografía sea opcional.		31-10-2016
14:35:51		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
Para el primer punto el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 8. En cuanto a los siguientes puntos el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones.		30-11-2016
10:56:17		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
En las Sección Especificaciones Técnicas del Ítem 1 dice: Tubo de rayos X con doble punto focal y ánodo giratorio de alta rotación. Solicitamos modificar este punto a Tubo de rayos X con al menos un punto focal de 0,8 mm o menor y ánodo giratorio de alta rotación. ya que la cantidad de puntos focales está sujeta a los requerimientos de energía, que en este caso no son muy elevados y pueden ser manejados por un punto focal con las dimensiones sugeridas.		01-11-2016
08:52:33		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones.		30-11-2016
10:57:08		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 1 dice: Posibilidad de medición y alineación láser para un (1) metro de distancia. Solicitamos modificar este parámetro a Colimador con indicador luminoso del campo, ya que esta característica define el área de exploración y la alineación con el chasis. La medición y alineación con láser para un metro de distancia no cumple con la utilidad de definir el campo de exploración además de la limitada capacidad de medición a una determinada distancia.		01-11-2016
08:54:04		
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 8.		30-11-2016	10:57:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 1 dice: Potencia: 30 kW o más. Solicitamos modificar este parámetro a Potencia: 20 kW o más. ya que en los equipos móviles esta potencia es suficiente para realizar una amplia gama de exploraciones (tórax, cráneo, miembros, etc.)		01-11-2016	08:54:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones.		30-11-2016	10:57:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 1 dice: Tensión 40 kV o menos a 125 kV o más y corriente de tubo que alcance al menos hasta 220mAs. Solicitamos modificar este parámetro a Tensión 40 kV o menos a 125 kV o más y corriente de tubo que alcance al menos hasta 200mAs. Para el producto mAs lo ideal es el mayor valor posible de mA en el menor tiempo posible, además los parámetros de KV y mAs guardan relación con la potencia que puede entregar el equipo. Al garantizar la potencia y los niveles de KV solicitados se garantiza los niveles ideales de mAs.		01-11-2016	08:55:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones.		30-11-2016	10:58:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 1 se solicita: Variación de mAs de 1 mAs o menos a 220 mAs o más. Solicitamos modificar este punto a Variación de mAs de 0,5 mAs o menos a 200 mAs o más. Para el producto mAs lo ideal es el mayor valor posible de mA en el menor tiempo posible. Al garantizar la potencia y los niveles de KV solicitados se garantiza los niveles ideales de mAs.		01-11-2016	08:56:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones.		30-11-2016	10:58:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 1 se solicita Display digital para KV/mA/mAs. Solicitamos modificar este punto a Display digital para KV/mAs con posibilidad de ajuste libre de ambos parámetros. esto debido a que KV y mAs son los parámetros ajustados en los equipos de Rx para las diferentes exposiciones. Los equipos modernos cuentan con tecnología que permite ajustar dichos parámetros mediante la técnica de dos puntos, la práctica del ajuste de parámetros con la técnica de los tres puntos ya es algo obsoleto.		01-11-2016	08:56:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones. Se aclara que el oferente podrá ofertar equipos con calidad superior.		30-11-2016	10:59:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 2 dice: Normas de calidad: FDA y CE. Deberá cumplir ambos. Solicitamos modificar a Normas de calidad: FDA/CE/JIS o al menos una de ellas. considerando que el cumplimiento de una de ellas garantiza la calidad del equipo ofertado. Se debe tener en cuenta que no todos los equipos son comercializados en todos los mercados del mundo (especialmente en el mercado americano y en el mercado europeo). El que sea comercializado en alguno de estos mercados es suficiente para garantizar la calidad de los mismos.		01-11-2016	08:57:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 8.		30-11-2016	10:59:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 2 dice: Resolución de 3.4 pares de líneas por mm como mínimo. Solicitamos modificar a Resolución de 1.2 pares de líneas por mm como mínimo. este valor es suficiente para la resolución y contraste de las imágenes que se manejan en los equipos de Rx. Un mayor número de pares de líneas se justifican para imágenes a color.		01-11-2016	08:58:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones.		30-11-2016	10:59:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 2 dice: Profundidad del pixel de 10 bits o mayor. Sugerimos modificar este punto a Profundidad del pixel de 12 bits como mínimo. esto a modo de ampliar la escala de grises y por ende captar mejor los detalles en las imágenes.		01-11-2016	08:58:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones. Se aclara que el oferente podrá ofertar equipos con calidad superior.			30-11-2016	10:59:59
CONSULTA				
Consulta Realizada			Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas del ítem 1 dice: Tensión 40 kV o menos a 125 kV o más y corriente de tubo que alcance al menos hasta 220mAs. Solicitamos modificar este parámetro a Tensión 40 kV o menos a 125 kV o más y corriente de tubo que alcance al menos hasta 200mAs. Para el producto mAs lo ideal es el mayor valor posible de mA en el menor tiempo posible, además los parámetros de KV y mAs guardan relación con la potencia que puede entregar el equipo. Al garantizar la potencia y los niveles de KV solicitados se garantiza los niveles ideales de mAs.			01-11-2016	09:04:06
RESPUESTAS				
Respuestas Obtenidas			Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones.			30-11-2016	11:00:13
CONSULTA				
Consulta Realizada			Fecha	Hora
En Capacidad Financiera de la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación dice: Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1,25 en promedio, en los años 2013, 2014 y 2015. Solicitamos sea sustituido por: Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1,20 en promedio, en los años 2013, 2014 y 2015. O se considere los anteriores pliegos en donde podemos notar que se han solicitado que el promedio de los ratios de los últimos tres años deberá ser igual o mayor a 1. Se considera que la liquidez de la empresa se refleja en el ratio de razón circulante mayor a 1. Igualmente la solvencia de la empresa ya se encuentra demostrada por los ratios de solvencia, ambos solicitados en el pliego. Si bien el ratio cuestionado puede servir como un elemento más para analizar la liquidez, consideramos que no es lo suficientemente relevante como para que se considere un indicador que pueda eliminar a un oferente.			01-11-2016	09:10:59
RESPUESTAS				
Respuestas Obtenidas			Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones.			30-11-2016	11:00:22

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 800110835-3	Sin categorizar	1	36.1508.0004790.0000	Póliza	Alfa S.A. de Seguros y Reaseguros	02-12-2016	07-12-2016	26-05-2017
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Sin categorizar	2	007.1508.038103/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A.	07-12-2016	09-12-2016	07-06-2017
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Sin categorizar	3	15.1508.0001667.0000	Póliza	Alianza Garantía Seguros y Reaseguros S.A	05-12-2016	09-12-2016	18-05-2017
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	Sin categorizar	4	007.1508.038106/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	07-12-2016	09-12-2016	28-05-2017

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	41111808-002	Equipo de rayos X portatil					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LIMITED	MARS 30	INDIA		260.000.000	1.300.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	Philips	Philips Medical Systems	MobileDiagnost Opta AR	India	Equipo de rayos X portátil	231.000.000	1.155.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	41111808-001	Equipo de rayos X fijo					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LIMITED	ANGIOTAB SERIES	INDIA		1.430.000.000	2.860.000.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Luminos Fusion	Alemania	Mesa Telecomandada de Rx	1.501.650.000	3.003.300.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
3	42181713-9999	Sistema de Monitorizacion Holter				10	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN.-	EDAN INSTRUMENT, INC.-	SE-2003.-	CHINA.-	SE ADJUNTA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CATALOGO.-	30.000.000	300.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Equipo de rayos X portatil

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	1.155.000.000	09-12-2016	08:03:59.792	Propuesta
		Código Verificador:	1c51ed1eb482351a9ea43cbf8aa18da9	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	1.300.000.000	09-12-2016	08:03:59.798	Propuesta
		Código Verificador:	b0963ef787a5b45a39c333b324d55ffe	

2 - Equipo de rayos X fijo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.394.000.000	09-12-2016	09:14:15.154	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a1922b21775a246535c4127588e3e42	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.395.000.000	09-12-2016	09:14:00.964	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a61b5296c7b96ada95480749d3e410f	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.396.000.000	09-12-2016	09:13:53.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22fce3f3bd72f08b013c0307d3311b24	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.397.000.000	09-12-2016	09:13:38.220	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8fde76e72371aa35a1f3cf7da0e77f4	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.398.000.000	09-12-2016	09:13:17.433	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d0a5387fca392da9f69d925a3c83ad3	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.399.000.000	09-12-2016	09:12:37.715	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af5254cad7367eeb88e1c60ba2a31653	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.400.000.000	09-12-2016	09:12:21.706	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c8e8b69a637892d55188d95abe8952f	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.404.000.000	09-12-2016	09:11:59.861	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c16f3fc1719a0c0b70cd8175f02794e6	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.405.000.000	09-12-2016	09:11:47.417	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff97e91e4ac18b7f0fb6081e02c59168	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.409.000.000	09-12-2016	09:11:27.996	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	774dc6782201312c50fac42c14b92dc8	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.410.000.000	09-12-2016	09:11:11.321	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d89a816aff2d78e313e1f0afaa56acc	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.439.000.000	09-12-2016	09:11:02.772	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cb9b1bce7b69d95ea6e6ebfa85d6c34	

Listado General de todas las Ofertas

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.440.000.000	09-12-2016	09:10:49.967	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80d1cb20e113f41366469ff33267bbfb	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.459.000.000	09-12-2016	09:10:42.721	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6766a55f1f70d882c69ebd7c97185acd	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.460.000.000	09-12-2016	09:10:27.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	141679bf79289e3ae0654237d94cd866	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.479.000.000	09-12-2016	09:10:21.513	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f6cdc323cbc27dcf99e7e5a04bf1ed2	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.480.000.000	09-12-2016	09:10:04.597	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	300cdeda1f310cbceffb4f52a37e0a4b	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.499.000.000	09-12-2016	09:09:57.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab3312de6bd87a9d9a1401284b1a5559	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.500.000.000	09-12-2016	09:09:35.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31ce15d0f57147ad00da13f3323d2165	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.519.000.000	09-12-2016	09:09:20.949	Eta de Puja
		Código Verificador:	517e64fb6f735d86d4cbbdb36ca1f8ac	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.520.000.000	09-12-2016	09:09:04.236	Eta de Puja
		Código Verificador:	8cc4e48d015e7ed356fbebea8661f9cb	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.549.000.000	09-12-2016	09:08:41.779	Eta de Puja
		Código Verificador:	d3fa7a698f74ec67a17e0dd11929d658	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.550.000.000	09-12-2016	09:08:15.802	Eta de Puja
		Código Verificador:	8cbebbc5150763f36352bcb549669b7e	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.569.000.000	09-12-2016	09:07:58.807	Eta de Puja
		Código Verificador:	c624ecbdf3c7f2fcc43d1bbfc66a1319	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.570.000.000	09-12-2016	09:07:33.508	Eta de Puja
		Código Verificador:	1db0c700d453c919d53e0911fb811759	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.599.000.000	09-12-2016	09:07:15.270	Eta de Puja
		Código Verificador:	3e8f5c6be856ff52059f027fc2cb11d6	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.600.000.000	09-12-2016	09:06:23.180	Eta de Puja
		Código Verificador:	c169ffa24392ad9b29803b523301f636	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.640.000.000	09-12-2016	09:06:07.962	Eta de Puja
		Código Verificador:	ac470ba477cafe96ef8798340594db4b	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.650.000.000	09-12-2016	09:04:06.382	Eta de Puja
		Código Verificador:	154dc6738d2f943128dd5b685b586ae9	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.690.000.000	09-12-2016	09:03:45.874	Eta de Puja
		Código Verificador:	10d3d77133be2ecb7478b21d5bf8280e	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.700.000.000	09-12-2016	09:03:26.340	Eta de Puja
		Código Verificador:	9f78e9e21f2e18041084494c3d6978cc	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.740.000.000	09-12-2016	09:02:44.976	Eta de Puja
		Código Verificador:	77718a15849fa80727452c04b9e95810	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.750.000.000	09-12-2016	08:59:40.528	Eta de Puja
		Código Verificador:	0056bc4755f7231ea99c7ba73dd62fb5	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.860.000.000	09-12-2016	08:03:59.846	Propuesta
		Código Verificador:	b7ffd3e8274209106865c98ca1e0a143	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	3.003.300.000	09-12-2016	08:03:59.842	Propuesta
		Código Verificador:	5719745488fa6d5ef8f6b77f85507dd0	

3 - Sistema de Monitorizacion Holter				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	210.000.000	09-12-2016	09:24:09.328	Recepción de Lances
		Código Verificador:	18ceeee0da1a8432cb5da88248a36b02	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	240.000.000	09-12-2016	09:22:26.066	Recepción de Lances

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	1429f6480be1f3a84284bd388a2bbcc3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	260.000.000	09-12-2016	09:19:19.485	Recepción de Lances
		Código Verificador:	8c360945a878fed9042594228dd917c6	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	280.000.000	09-12-2016	09:17:12.545	Recepción de Lances
		Código Verificador:	cd4e5aa811efe6f789841a56b56c15c1	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	300.000.000	09-12-2016	08:03:59.885	Propuesta
		Código Verificador:	c080d262a79e65bbdabe5742735d765c	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Equipo de rayos X portatil

Oferente	Mejor Precio
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	1.155.000.000
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	1.300.000.000

2 - Equipo de rayos X fijo

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.394.000.000
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	2.395.000.000

3 - Sistema de Monitorizacion Holter

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	210.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002379-0 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

Item	Precio Ganador
2 - Equipo de rayos X fijo	2.394.000.000

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item	Precio Ganador
3 - Sistema de Monitorizacion Holter	210.000.000

Proveedor: 80013820-1 - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA

Item	Precio Ganador
1 - Equipo de rayos X portatil	1.155.000.000

Listado de Mensajes

1 - Equipo de rayos X portatil

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	09-12-2016	08:11:10.127
Buenos días, comenzamos la Subasta.	09-12-2016	08:14:10.685
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	09-12-2016	08:14:22.535
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	09-12-2016	08:14:30.584
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	09-12-2016	08:14:34.602
Señores esperamos mejores ofertas.	09-12-2016	08:14:38.975
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	09-12-2016	08:21:19.697
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	09-12-2016	08:29:45.327
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	09-12-2016	08:29:49.292
Atención pasamos a la etapa de puja.	09-12-2016	08:29:50.441
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	09-12-2016	08:29:54.887
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	09-12-2016	08:35:55.047

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	09-12-2016	08:42:38.309
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	09-12-2016	08:42:38.511

2 - Equipo de rayos X fijo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	09-12-2016	08:43:43.156
Continuamos con la Subasta.	09-12-2016	08:43:50.410
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	09-12-2016	08:43:55.723
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	09-12-2016	08:44:00.537
Señores esperamos mejores ofertas.	09-12-2016	08:44:04.544
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	09-12-2016	08:50:42.757
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	09-12-2016	08:56:12.197
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	09-12-2016	08:56:17.132
Atención pasamos a la etapa de puja.	09-12-2016	08:56:19.151
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	09-12-2016	08:56:22.515
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	09-12-2016	09:09:26.383
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	09-12-2016	09:14:21.621
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	09-12-2016	09:14:21.721

3 - Sistema de Monitorizacion Holter

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	09-12-2016	09:14:35.936
Continuamos con la Subasta.	09-12-2016	09:14:45.210
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	09-12-2016	09:15:05.075
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	09-12-2016	09:15:10.364
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	09-12-2016	09:23:58.644
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	09-12-2016	09:27:23.732
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	09-12-2016	09:27:27.014
Atención pasamos a la etapa de puja.	09-12-2016	09:27:28.176
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	09-12-2016	09:27:30.683
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	09-12-2016	09:33:30.976
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	09-12-2016	09:37:51.101
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	09-12-2016	09:37:51.174

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.