

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 342800

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 15:53 del día 4/12/2018, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 342800 -
LPN SBE 61-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO de la Institución:

Código Verificador: 552f4964676364a032fc6fe27867221b

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Las consultas son las siguientes: - Atendiendo a los equipos, los plazos de entrega podrían extenderse a 90 - 120 días - Las normas solicitadas específicamente la que corresponde a equivalente del Mercosur, puede ser considerada como tal las normas de ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) del Brasil - La modificación eléctrica y de albañilería del lugar donde se van a instalar los sillones y autoclaves, corre a cuenta de la institución licitante o del ofertante? - Al respecto del mantenimiento Correctivo el mismo habla del Hospital de San Pedro de Ycuamandiyú, algún equipo debe ser instalado en dicha institución?	23-05-2018	12:28:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:09:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podría ser extendido el Plazo de Consultas 02 días mas debido a la cantidad y variedad de Items Solicitados?	24-05-2018	17:36:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:09:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podría extender el tiempo de consultas mas 02 días debido a la variedad y cantidad de los Productos solicitados.	25-05-2018	09:24:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:09:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 2 x Trocar con válvula multifuncional, tamaño 11 mm, Punta piramidal, Longitud útil 10.5 cm (± 1cm). Se compone de: Válvula multifuncional, tamaño 11 mm; Punzón de trocar con punta piramidal; Camisa de trocar sin válvula, con llave de insuflación Se consulta: Puede cotizarse "2 x Trocar con válvula multifuncional, tamaño 11 mm (+/- 1 mm), Punta piramidal, Longitud útil 10.5 cm (± 1cm). Se compone de: Válvula multifuncional, tamaño 11 mm (+/- 1 mm); Punzón de trocar con punta piramidal; Camisa de trocar sin válvula, con llave de insuflación"	25-05-2018	10:21:10
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.		14-08-2018	14:09:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 2 x Trocar con válvula multifuncional, tamaño 6 mm, Punta piramidal, Longitud útil 10.5 cm (± 1 cm). Se compone de: Válvula multifuncional, tamaño 6 mm; Punzón de trocar con punta piramidal; Camisa de trocar sin válvula, con llave de insuflación. Se consulta: Puede cotizarse "2 x Trocar con válvula multifuncional, tamaño 6 mm (+/- 1 mm), Punta piramidal, Longitud útil 10.5 cm (± 1 cm). Se compone de: Válvula multifuncional, tamaño 6 mm (+/- 1 mm); Punzón de trocar con punta piramidal; Camisa de trocar sin válvula, con llave de insuflación"		25-05-2018	10:22:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.		14-08-2018	14:10:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 1 x Trocar HASSAN, tamaño 11 mm, Camisa de trocar con soporte de hilo bilateral, cono deslizante fijable y llave para insuflación, Longitud útil 13 cm (± 1 cm). Se compone de: Válvula de cierre automático; Punzón de trocar con punta roma; Cono. Se consulta: Se puede cotizar "1 x Trocar HASSAN, tamaño 11 mm (+/- 1 mm), Camisa de trocar con soporte de hilo bilateral, cono deslizante fijable y llave para insuflación, Longitud útil 13 cm (± 2 cm). Se compone de: Válvula de cierre automático; Punzón de trocar con punta roma; Cono."		25-05-2018	10:25:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.		14-08-2018	14:10:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 1 x Mango de aspiración e irrigación, forma de pistola. Con válvula de manguito. Para irrigación y aspiración, esterilizable en autoclave. Con un juego de tubos, para un solo uso, estériles, envase de 10 unidades. Un tubo de irrigación y aspiración con aberturas laterales, 5mm, 36cm (± 3 cm). Un tubo de irrigación y aspiración con aberturas laterales, 10mm, 36cm (± 3 cm). Se consulta: Puede cotizarse "1 x Mango de aspiración e irrigación, forma de pistola. Con válvula de manguito. Para irrigación y aspiración, esterilizable en autoclave. Con un juego de tubos, para un solo uso, estériles, envase de 10 unidades. Un tubo de irrigación y aspiración con aberturas laterales, 5mm, 36cm (± 3 cm). Un tubo de irrigación y aspiración con aberturas laterales, 10mm, 36cm (± 4 cm)."		25-05-2018	10:26:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.		14-08-2018	14:10:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 1 x Cable de alta frecuencia unipolar. Con clavija de 4 mm, Longitud 300 cm (± 5 cm), para unidades HF. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Cable de alta frecuencia unipolar. Con clavija de 4 mm, Longitud 300 cm (± 50 cm), para unidades HF"		25-05-2018	10:27:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.		14-08-2018	14:10:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 2 x Tijera tipo METZENBAUM, Curvada, rotativa, con pin conector para la coagulación unipolar, longitud de las mandíbulas 12 mm, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 3 cm), Tamaño 5 mm, Se compone de: Inserto de tijera; Vaina exterior metálica aislado; Mango de plástico sin bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "2 x Tijera tipo METZENBAUM, Curvada, rotativa, con pin conector para la coagulación unipolar, longitud de las mandíbulas 12 mm(+/-1mm), desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 5 cm), Tamaño 5 mm, Se compone de: Inserto de tijera; Vaina exterior metálica aislado; Mango de plástico sin bloqueo"		25-05-2018	10:28:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.		14-08-2018	14:10:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 1 x Pinza de disección y agarre tipo KELLY, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, con conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 3 cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza de disección y agarre tipo KELLY, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, con conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 5 cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo"		25-05-2018	10:29:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.		14-08-2018	14:10:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: 1 x Pinza de agarre, mandíbulas de tigre, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, con conexión de irrigación para limpieza, aisladas, desmontable en tres partes, Abertura unilateral, 2 x 4 dientes, para agarre y liberación de órganos sólidos en especial durante la adhesiolisis, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico con bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza de agarre, mandíbulas de tigre, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, con conexión de irrigación para limpieza, aisladas, desmontable en tres partes, Abertura unilateral, 2 x 4 dientes, para agarre y liberación de órganos sólidos en especial durante la adhesiolisis, Longitud 36 cm (± 5cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico con bloqueo"	25-05-2018	10:30:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:10:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1 x Pinza de disección y agarre tipo KELLY, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, con conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza de disección y agarre tipo KELLY, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, con conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 5cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo"	25-05-2018	10:33:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:10:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1 x Pinza de agarre, mandíbulas de tigre, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, con conexión de irrigación para limpieza, aisladas, desmontable en tres partes, Abertura unilateral, 2 x 4 dientes, para agarre y liberación de órganos sólidos en especial durante la adhesiolisis, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico con bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza de agarre, mandíbulas de tigre, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, con conexión de irrigación para limpieza, aisladas, desmontable en tres partes, Abertura unilateral, 2 x 4 dientes, para agarre y liberación de órganos sólidos en especial durante la adhesiolisis, Longitud 36 cm (± 5cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico con bloqueo"	25-05-2018	10:34:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:10:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1 x Pinza de disección y agarre tipo REDICK-OLSEN, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, abertura bilateral, robustas, Longitud 36cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico con bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza de disección y agarre tipo REDICK-OLSEN, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, abertura bilateral, robustas, Longitud 36cm (± 5cm), Tamaño 5 mm, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico con bloqueo"	25-05-2018	10:35:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:11:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1 x Pinza agarre con dentado atraumático especialmente fino, Múltiples dientes, rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza agarre con dentado atraumático especialmente fino, Múltiples dientes, rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza, Longitud 36 cm (± 5cm), Tamaño 5mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo"	25-05-2018	10:35:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:11:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta: 1 x Pinza agarre con dentado múltiple, Anchura de las mandíbulas de 4.8mm, para agarre atraumático y preciso, rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza, Longitud 36cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza agarre con dentado múltiple, Anchura de las mandíbulas de 4.8mm, para agarre atraumático y preciso, rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza, Longitud 36cm (± 5cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo"	25-05-2018	10:36:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.		14-08-2018	14:11:13
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 1 x Pinza agarre y disección, mandíbulas acodadas en ángulo recto, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza agarre y disección, mandíbulas acodadas en ángulo recto, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza, Longitud 36 cm (± 5cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo"		25-05-2018	10:38:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.		14-08-2018	14:11:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 1 x Pinza de agarre tipo BABCOCK, Rotativas, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 10 mm, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de metálico con bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza de agarre tipo BABCOCK, Rotativas, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 5cm), Tamaño 10 mm, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de metálico con bloqueo"		25-05-2018	10:39:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.		14-08-2018	14:11:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 1 x Pinza de garra 2x3 dientes, Rotativas, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 10 mm, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de metálico con bloqueo. Se consulta: Puede cotizarse "1 x Pinza de garra 2x3 dientes, Rotativas, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 5cm), Tamaño 10 mm, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de metálico con bloqueo"		25-05-2018	10:40:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.		14-08-2018	14:11:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 1 x Recipiente de plástico o metal conforme al tipo de esterilización recomendado, dimensiones adecuadas del mismo que garantice la esterilización y el almacenamiento de su contenido. Se consulta: Se solicita a la convocante modificar el siguiente punto, ya que las EETT no hacen referencia a un equipo adecuado para la esterilización de los materiales solicitados. Se sugiere colocar "Contenedor rígido de aluminio, autoclavable, con filtros reutilizables, precinto de seguridad y etiqueta de identificación, de 711 mm x 274 mm x 187 mm, con rack para protección y cuidado de los instrumentales laparoscópicos"		25-05-2018	10:40:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		14-08-2018	14:11:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Asa de ligadura, con nudos, con hilo sintético reabsorbible, envase de 10 o más unidades. Se consulta: Solicitamos que sea un ítem opcional o bien eliminar este ítem pues en absoluto tiene que ver con alguna función o característica del equipo ofertado, ya que un equipo de video cirugía no es un insumo dependiente de una marca o modelo de asa de ligadura.		25-05-2018	10:41:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		14-08-2018	14:12:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se podría Considerar aplicar un anticipo del 20% debido a la envergadura del llamado?		25-05-2018	10:59:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		14-08-2018	14:12:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan camilla ginecológica con movimientos eléctricos a 220 V. Manifestamos que el precio referencial establecido está muy por debajo del precio de mercado, solicitamos incrementen el mismo para poder cotizar dicho ítem.		25-05-2018	11:01:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		14-08-2018	14:12:30
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podría ser tiempo de entrega a 90 a 120 días	25-05-2018	11:02:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:12:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Potencia mínima Nominal del Generador 12.5kw. Podría ser: 2.0kw o mejor?	25-05-2018	11:04:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:12:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.3.1 Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos una de ellas. Se podría ampliar a Título de marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio a los efectos de presentar Camas de Fabricación Nacional?	25-05-2018	11:06:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:12:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En todos los Items solicitados en el punto de Normas de Calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos una de ellas. Se podría habilitar normas de MERCOSUR y Título de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio.	25-05-2018	11:10:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:12:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Software en Español de entorno amigable. Podría ser Software en Español Opcional?	25-05-2018	11:11:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:13:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor confirmar si la palabra matricial esta correcta ya que estos Transductores normalmente son Multifrecuenciales	25-05-2018	11:12:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La palabra matricial es correcta, por lo tanto el Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:13:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor permitir Transductores Convexos con frecuencia de 1 a 5Mhz o mejor	25-05-2018	11:13:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:13:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos la posibilidad de incluir el pago de Anticipo del al menos 20%, considerando el alto costo y cantidad de varios de los equipos solicitados. De igual manera, en caso de considerar el pago de dicho anticipo, que el plazo de entrega sea de 60 días corridos, posteriores al pago del mismo	25-05-2018	11:27:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:13:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.4 Dimensiones de la superficie del paciente: Longitud mínima 200cm. ¿Se puede cotizar con una longitud mínima de 195cm?	25-05-2018	11:32:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:13:57
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5 Longitud total: 200cm o menos. ¿Se puede cotizar con una longitud total de 210cm o menos?	25-05-2018	11:33:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:14:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.11.1 Trendelenburg de 20° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. ¿Se puede cotizar con Trendelenburg de 12° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática?	25-05-2018	11:34:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:14:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.11.3 Sección de espalda o Fowler que cubra el rango de 0 a 70° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. ¿Se puede cotizar con sección de espalda o Fowler que cubra el rango de 0 a 65° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática?	25-05-2018	11:34:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:14:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.11.4 Altura máxima: 90cms o más ¿Se puede cotizar con altura máxima de 88cm o más?	25-05-2018	11:35:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:14:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.11.4 Altura mínima: 60cms o menos ¿Se puede cotizar con altura mínima de 69cm o menos?	25-05-2018	11:36:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:14:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.7.2 Para papel de 50mm ¿Se puede cotizar para papel de 48mm a 50mm?	25-05-2018	11:37:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:14:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.12 Dimensiones mínimas: Altura 0,80m, incluyendo ruedas, Ancho 0,65m, Profundidad 0,50m ¿Se puede cotizar con una Altura 1m incluyendo ruedas, Ancho 0,62m, Profundidad 0,49.5m?	25-05-2018	11:41:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:15:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1.1 Tecnología LCD, al menos pantalla sensible al tacto. ¿Consultamos si la pantalla sensible al tacto podría ser opcional?. Ya que es una función que no afecta al uso que se pretende dar al equipo, además en algunos casos, esta función hace difícil la tarea de los operadores, al tener que emplear guantes, por ejemplo.	25-05-2018	14:29:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:15:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el numeral 2 Unidad de control de cámara, existe una mezcla de especificaciones de un cabezal de cámara HD y una unidad de control de cámara estándar o analógica. ¿Podrían aclarar si quieren una unidad de control de cámara Full HD con un cabezal Full HD, o una con tecnología analógica?	25-05-2018	14:30:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita Full HD. El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:15:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

2.2 Salidas de Video: DVI, SDI, S-Video con capacidad HDTV ¿Se puede cotizar con al menos 2 salidas de video, considerando que en los equipos Full HD no necesitan de salidas S-Video?	25-05-2018	14:31:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:16:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el caso que lo solicitado sea una unidad de control de cámara Full HD: Podrían especificar si la unidad debe contar con al menos 3 filtros digitales u ópticos integrados, que permitan entre otras cosas: 1) posibilitar unificar la iluminación de la cavidad, 2) permitir al usuario distinguir con claridad la transición entre los distintos tipos de tejidos, 3) permitir una mejor distinción de las estructuras rojas más pequeñas como vasos y mucosa. Con esto se estaría adquiriendo equipos de última generación tecnológica, que serían sumamente útiles a los usuarios, considerando la aplicación que se pretende dar al equipo.	25-05-2018	14:32:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:16:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En caso de que lo solicitado sea una unidad de control de cámara Full HD: ¿Podrían especificar si el procesador debe poder comunicarse con los otros equipos de la Torre, como el Insuflador y la Fuente de Luz, para poder mostrar y configurar los parámetros de los mismos, a través del cabezal de cámara, en la pantalla de visualización?	25-05-2018	14:32:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:16:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En caso de que lo solicitado sea una unidad de control de cámara Full HD: ¿Podrían especificar si la unidad de control debe permitir mostrar en el monitor, al mismo tiempo, la imagen estándar, como la imagen con alguno de los filtros aplicados?	25-05-2018	14:33:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:16:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.4 Cabezal de cámara con tres chips CCD de 1/3", 1920 x 1080 pixeles (full HD) o mayor, con zoom óptico parafocal. Creemos que existe un error de tipo de las especificaciones técnicas del cabezal, considerando que el procesador solicitado no es Full HD, sino más bien convencional. Creemos que lo correcto sería solicitar: Cabezal de cámara con un chips CCD de 1/2", 768 x 494 pixeles o mayor, con zoom parafocal integrado.	25-05-2018	14:34:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:16:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.4 Cabezal de cámara con tres chips CCD de 1/3", 1920 x 1080 pixeles (full HD) o mayor, con zoom óptico parafocal. ¿Podrían especificar si es necesario que el cabezal de cámara cuente con el grado de protección del tipo Cardiac Flowing Desfibrilación Proof, de acuerdo a la norma IEC 60601-2-18. Este grado de protección es fundamental, tanto para proteger al equipo, como a usuarios y pacientes, para evitar descargas eléctricas en los mismos?	25-05-2018	14:34:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:16:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.4 Cabezal de cámara con tres chips CCD de 1/3", 1920 x 1080 píxeles (Full HD) o mayor, con zoom óptico parafocal. ¿Podrían especificar si la resolución 1920 x 1080 pixeles debe ser en escaneo progresivo?	25-05-2018	14:35:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:17:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.5 Grabador/Reproductor de DVD con cables de conexión. ¿Solicitamos poder ofertar en forma opcional un módulo de grabación con capacidad para almacenar fotos y videos en calidad Full HD en memoria USB, con al menos 2 puertos USB?. Esto atendiendo a que los equipos grabadores / reproductores de DVD son tecnología totalmente obsoletas que en la mayoría de los casos ya ni siquiera se fabrican.	25-05-2018	14:36:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:17:05

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4 Fuente de luz No se observa la potencia mínima que debe poseer la fuente de luz cotizada. ¿Se puede cotizar una fuente de luz Xenón, halógena o LED de 175watts o mayor?	25-05-2018	14:37:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:17:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.3 Indicador de cambio de lámpara por horas de uso. Consultamos si esta característica podría ser opcional, para aquellos casos donde se coticen fuentes de luz, con lámparas con una vida útil superior 10.000 horas.	25-05-2018	14:38:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:17:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Es correcto el precio referencial fijado para este ítem? Realizamos esta consulta considerando la complejidad del equipo que solicitan, en caso de que sea de tecnología FULL HD Solicitamos corregir el precio referencial, a los efectos de evitar que el ítem se declare desierto, al no contar con ofertas que se ajusten más o menos a ese precio fijado.	25-05-2018	14:39:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:17:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.10 Velocidad del obturador: 1/100 a 1/50.000 o mayor rango. Solicitamos se pueda ofrecer con velocidad de obturador automático.	25-05-2018	14:39:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:18:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.11 Zoom electrónico ¿Se puede cotizar con zoom óptico parfocal y/o zoom electrónico?	25-05-2018	14:40:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:18:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.6 Unidad electroquirúrgica Se puede cotizar con los siguientes datos técnicos, considerando que no especifican los mismos: Equipo Monopolar y Bipolar para todas las aplicaciones quirúrgicas. Pantalla táctil de al menos 6" Potencia nominal de alta frecuencia: - Potencia máxima monopolar: 400 watts. - Potencia máxima bipolar: 200Watts Grado de coagulación (efecto) preseleccionable a varios niveles: el grado de coagulación es la medida para la extensión de la profundidad de coagulación Función autostart: regulación manual del periodo de funcionamiento en el sector de la coagulación bipolar Corte regulado por tensión Función autostart en coagulación bipolar: activación automática de la corriente de coagulación, cuando el electrodo de coagulación toca el tejido con ambas ramas Las conexiones modulares para utilización unipolar y bipolar son seleccionables según las necesidades individuales Accesorios: 1 Interruptor de doble pedal, 100 placas neutras de un solo uso, 1 cable reutilizable para placas neutras, 1 mango con dos pulsadores, 1 cable para uso con el mango, Al menos 10 punteras reutilizables para uso con el mango, 1 contenedor para las punteras.	25-05-2018	14:40:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:18:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.4 Pinza bipolar recta de control de pedal, con cable. ¿Se puede cotizar un sólo cable reutilizable para las 25 pinzas?	25-05-2018	14:43:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La consulta realizada no corresponde al Ítem 28, corresponde al Ítem 38 Unidad Electroquirúrgica, por lo que el Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:18:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.5 Pinza bipolar con bayoneta de control de pedal, con cable. ¿Se puede cotizar un sólo cable reutilizable para las 25 pinzas?	25-05-2018	14:43:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

La consulta realizada no corresponde al Ítem 28, corresponde al Ítem 38 Unidad Electroquirúrgica, por lo que el Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:18:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.2.1 Movimiento vertical motorizado de 45 cm o más, solicitamos modificar a: Movimiento vertical motorizado o manual contrabalanceado de 45 cm o más, a fin de permitir la mayor cantidad de oferentes. Además, el tipo manual contrabalanceado se mueve más rápido y sin problemas en comparación con el tipo motorizado. También se puede controlar con solo una mano debido a la asistencia de contrapeso. Otra ventaja es el costo de mantenimiento. Como no hay control eléctrico involucrado, el costo de mantenimiento será menor.	25-05-2018	14:48:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	14-08-2018	14:19:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.2.3 Rotación de al menos $\pm 180^\circ$, solicitamos modificar a: Rotación de al menos 360° , con el fin de permitir la mayor cantidad de oferentes y considerando que lo importante es el rango de cobertura (360°) y no necesariamente cual es el camino para lograr esto.	25-05-2018	14:48:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente podrá ofertar equipos que realicen los movimientos solicitados independientemente del camino para lograr el objetivo.	14-08-2018	14:19:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5.3 Rango de Kv para Radiografía: de 40Kv o menos a 120 Kv o más. Sensibilidad de 1Kv o menor (menor se refiere a la parte numérica), solicitamos modificar a: Rango de Kv para Radiografía: de 40Kv o menos a 110 Kv o más. Sensibilidad de 1Kv o menor (menor se refiere a la parte numérica) a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes.	25-05-2018	14:49:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-08-2018	14:19:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5.4 Rango de Kv para Fluoroscopia: de 40Kv o menos a 120 Kv o más. Sensibilidad de 1Kv o menor (menor se refiere a la parte numérica), solicitamos modificar a: Rango de Kv para Fluoroscopia: de 40Kv o menos a 110 Kv o más. Sensibilidad de 1Kv o menor (menor se refiere a la parte numérica) a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes. Considerando que con el rango de 40KV ~ 110KV y una la alta sensibilidad de los dispositivos modernos de captura de imágenes (intensificador de imagen, cámara CCD) y los softwares de procesamiento digital, permite trabajar con un rango de KV más bajo (110KV), reduciendo la dosis de rayos X, pero manteniendo el nivel alta calidad de la imagen.	25-05-2018	14:50:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	16-08-2018	08:31:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5.7 Potencia mínima nominal del generador de al menos 12,5kW, solicitamos modificar a: Potencia mínima nominal del generador de al menos 2 kW, a fin de permitir la participación de la mayor cantidad de oferentes. Considerando que la potencia de 2kW permite realizar la mayor parte de los procedimientos, y que la configuración del equipo solicitado no se ajusta al presupuesto de referencia teniendo en cuenta los precios de mercado.	25-05-2018	14:50:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:31:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.62 Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 250.000HU o mayor, solicitamos modificar a: Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 100.000HU o mayor, a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes y que un tubo de 250.000HU está disponible en equipos cuyo precio se encuentran por encima del rango de referencia.	25-05-2018	14:50:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:31:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podrían ampliar a ANVISA o normas MERCOSUR.-	25-05-2018	15:27:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:31:51
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podrían incluir nivel de seguridad ante posible penetración de Líquidos: no menor a IPX8	25-05-2018	15:29:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:31:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 30. Maquina de Anestesia Consulta 1 En el apartado Especificaciones Técnicas, en la página 53, en el punto 11.2 solicitan Celdas de O2 para tecnología de celda galvánica (no aplica para tecnología para magnética Considerando que: Las celdas de oxígeno son menos precisas y requieren de cambios continuos 1 o dos veces por año, aumentando el costo de operatividad futura del equipo. Solicitamos que: La convocante modifique lo solicitado quedando de la siguiente manera paramagnético libre de mantención toda la vida útil	25-05-2018	17:00:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:32:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 30. Maquina de Anestesia En el apartado Especificaciones Técnicas 11.6 Piden sensores de piel en Quirófano Considerando que: Existe riesgos de quemaduras al paciente ya que son metálicos y con electro bisturí y mala tierra pueden ocasionar quemaduras a los pacientes además conducen electricidad y calor. Solicitamos que: La convocante modifique lo solicitado quedando de la siguiente manera , que los sensores sean esofágicos	25-05-2018	17:02:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:32:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 30. Maquina de Anestesia En el apartado Especificaciones Técnicas 11.9.3 solicitan Transductor de presión reusable. Cantidad: 6 (seis) por cada equipo como mínimo. Sets desechables (domo, llave de tres vías). Cantidad: 50 (cincuenta) por cada equipo como mínimo. Solicitamos que: La convocante modifique este requisito y solicite solo los transductores desechables ya que las recomendaciones indican que es mejor usar transductores desechables	25-05-2018	17:02:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:32:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 25: INCUBADORA En el apartado Especificaciones Técnicas, en la página 42, en el punto 4.8, solicitan movimiento eléctricos Considerando que: Se pretende no alterar el ruido interno de la incubadora y así ayudar al ambiente térmico y neutral del paciente sería importante no considerar elementos que puedan generar estática y ruidos, el motor eléctrico puede generar lo mencionado. Solicitamos que: La convocante incluya equipos que también puedan realizar la operación pero de manera manual.	25-05-2018	17:03:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:32:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 25: INCUBADORA En el apartado Especificaciones Técnicas, en la página 43, en el punto 6.5 solicitan: Frecuencia cardíaca y onda pletismográfica. Solicitamos que: La convocante elimine dicha característica dado que todo paciente en una incubadora es monitorizado mediante un monitor de signos vitales el cual cuentas (hasta los más básicos) con SG, SPO2, Presiones arteriales y temperaturas corporales.	25-05-2018	17:04:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:32:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 25: INCUBADORA En el apartado Especificaciones Técnicas, en la página 44, en el punto 9.2 solicitan: Accesorios para monitoreo. Sensores neonatales de saturación de O2 al menos tres unidades por equipo. Solicitamos que: La convocante elimine este punto en razón a que estos corresponden a accesorios para Monitores Multiparamétrico o de signos vitales.	25-05-2018	17:05:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:33:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ítem 31: MONITORES En el apartado Especificaciones Técnicas, en la página 54, en el punto 4.7, solicitan Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente Solicitamos que: La convocante elimine este punto en razón a que solicitan un equipo con 5 parámetros representados en curvas, entonces no hace sentido solicitar equipos con 15 curvas como se enuncia, esto hace que se encarezca innecesariamente el equipo. Demás está decir que 15 curvas simultáneas no es usado con frecuencia, normalmente solo 4 o has 5 curvas simultáneas. Respetuosamente solicitamos por lo expuesto bajar los números de despliegues simultáneos de curva a 8 o más. De esa manera se podrán tener mayores oferentes y no limitaría solo a pocos.-	25-05-2018	17:08:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:33:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 31: MONITORES En el apartado Especificaciones Técnicas, en la página 55 en el punto 5.1.2 solicitan Posibilidad de despliegue simultaneo de hasta 12 derivaciones Solicitamos que: La convocante modifique la posibilidad de despliegue simultaneo de hasta 7 derivaciones; Normalmente de más derivaciones son usadas en quirófanos, de esa manera se podrán tener más oferentes.-	25-05-2018	17:09:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:33:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Portasueros con posibilidad de fijación de Equipos. Podría Ser: Portasuero y Repisa de Superficie de Acero Inoxidable con calados para la Fijación de los Equipos?	25-05-2018	17:09:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:33:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 31: MONITORES En el apartado Especificaciones Técnicas, en la página 56 en el punto 7.5 solicitan Un cable troncal y un cable paciente para ECG de diez puntas para despliegue simultaneo de las doce derivaciones Solicitamos que: La convocante modifique a un cable paciente para ECG de 5 puntas para despliegue de siete derivaciones.	25-05-2018	17:09:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:33:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: 4.5.1 Altura: 120-140cm Podría ser: Altura 115-140 Cm Donde Dice: 4.5.2 Ancho 60-75 Cm Podria ser: Ancho 50-75 Cm Donde Dice: 4.5.3 Largo: 105-115 Cm Podria Ser: Largo 100-115 Cm	25-05-2018	17:12:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	16-08-2018	08:33:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Distancia Colchón - Cúpula: al menos 27 cm Podría Ser: No mas de 25 cm para que la incubadora pueda ser utilizada en las diversas situaciones de traslado posible	25-05-2018	17:14:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	16-08-2018	08:33:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Controles de Humedad, Temperatura y Porcentaje de Oxigeno Microprocesado. Podría Ser: Control de Temperatura de Oxigeno Microprocesado	25-05-2018	17:17:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:34:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Humedad Relativa de 30% a 95% o mejor Podría ser: Visualización de la potencia de calefacción actualmente empleada y visualización de la fuente de energía actualmente en uso (AC o DC)	25-05-2018	17:20:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:34:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde Dice: Porcentaje de Oxigeno en la Cúpula de 21 a 65% o mejor. Podría ser: Resucitador incorporado al Panel	25-05-2018	17:22:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:34:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: 4.18.6 Silenciado Manual de alarmas por 60 segundos. Podría Ser: Baterías de Traslado en nivel Crítico de Carga.	25-05-2018	17:24:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:34:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Solicitamos incluir en las Especificaciones Técnicas en lo referente a Normativas: Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos dos de ellas Solicitamos que además de las certificaciones FDA (de EE.UU.), CE (Comunidad Europea), JIS (Norma Industrial de Japón) se permita además la habilitación del Ministerio de Salud del país de origen a través de una Institución Técnica de países miembros del MERCOSUR tales como la ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria – Brasil) y solicitamos también que se requiera al menos solo una de ellas. Justificamos este pedido en base al principio de igualdad para poder participar en las ofertas teniendo como sustento el Art. 4° de la Ley N° 4659/12 reza que: Se consideraran que los dispositivos médicos... son de uso seguro en la República del Paraguay cuando reúnan las siguientes condiciones: ... Obtener el Registro Sanitario obligatorio, otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria... complementado por lo reglamentado en el Art. 4° de la Resolución S.G. N° 669/2016 que regula cuanto sigue: Disponer que para la obtención de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos ...el interesado deberá presentar... b) Documentación acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de producción BPF/GMP otorgada por la Autoridad Sanitaria de origen o Certificado ISO/CE/UL/FDA/TUVF – otorgado por la entidad certificadora de origen; por lo cual las Certificaciones emitidas en el seno MERCOSUR (ANMAT-ANVISA) son equivalentes a las emitidas por la FDA y la CE y esa equivalencia implica efectivamente que los procesos de producción cumplen con estándares de calidad. Las certificaciones FDA/CE/ MERCOSUR demuestran el cumplimiento de altos estándares de calidad en los procesos de producción, sin reconocer ni desconocer ventaja adicional, ya que su fin es el testimonio efectivo y fehaciente que los patrones modelos y esquemas de la calidad son desarrollados por quienes están certificados con dicha documentación. No caben dudas entonces que la Dirección de Vigilancia Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como autoridad competente en la materia objeto de estudio, ha sentado postura sobre la equivalencia entre los certificados emitidos por la FDA o CE y las provenientes de países miembros del MERCOSUR, así como también ha hecho hincapié en la validez de dichas documentaciones para acreditar la calidad de los procesos de producción de los bienes certificados. Por lo tanto a nuestro parecer las certificaciones emitidas por las instituciones del MERCOSUR, otorgan idénticos niveles de garantía que las solicitadas inicialmente en el PBC.	25-05-2018	17:29:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:34:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Anexo II del PBC está en desorden los números de los ítem 6 ,7,19,20,21 y 22 por lo tanto no sabemos si las cantidades y los montos son los correctos, es decir lo que correspondía a cada ítems.	25-05-2018	17:30:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Los números de ítems corresponden a sus respectivas especificaciones.	16-08-2018	08:34:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podrían permitir Equipos con Pantalla de mínimo 5 Pulgadas	25-05-2018	17:32:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:35:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta el tramite administrativo y de fabricacion de los equipos, entendemos que el plazo de entrega de los bienes es insuficiente e inaplicable para esta licitacion, cuando estamos hablando de equipos medicos que son fabricados en el exterior, por ende solicitamos una ampliacion de por lo menos 120 días a partir de la firma del contrato.	25-05-2018	17:33:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:35:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: 4.5.1 Ancho: 60-75 Cm. Podría Ser: 50-75 Cm	25-05-2018	17:33:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El Oferente debe remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	16-08-2018	08:35:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: 4.6.3 Anti-hongo, antimicrobial, Multicapa Podría Ser: Antihongo, Antimicrobial	25-05-2018	17:35:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:35:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: 4.8.7 Despliegues De: Podría ser: Despliegues en pantalla	25-05-2018	17:36:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:35:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 5 –Cama de Internación Donde dice: 5-Otros requerimientos 5.2 Balón de oxígeno con su respectivo soporte incorporado a la cama. ¿Que significado son esos balones, ¿son cilindros de oxígeno? De ser así solicitamos aclarar . ¿De cual tamaño serian los cilindros de oxígeno?	25-05-2018	17:36:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:35:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: 4.8.7.1 Temperatura del Paciente 4.8.6 Temperatura de Control 4.8.7 Potencia del calefactor 4.8.8 Funcion de Autop`rueba o autodiagnostico 4.8.9 Con Elemento calefactor radiante 4.8.10 Lampara o Luz de examinacion, exploracion u observacion 4.8.11 No debera emitir rayos infrarrojo y rayos ultravioletas Se podría Agregar. Valores de O2 con uso de Casco Cefalico Temperatura ambiente Tiempo de Tratamiento de la Fototerapia y Control de Encendido y apagado	25-05-2018	17:41:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:36:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 4.11.5 resucitador Manual neonatal reusable con mascarilla, bolsa reservorio y extensión para Oxigeno. Podría Ser: Sistema de reanimación de flujo continuo integrado al panel de la columna con: pieza T de aire, Aspiración tipo Venturi con regulación de succión y blender.	25-05-2018	17:45:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:37:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice 4.11.7 CONSUMIBLES: 50 parches reflejantes para fijar el sensor de temperatura Podría Ser: CONSUMIBLES: 50 parches para fijar el sensor de temperatura	25-05-2018	17:46:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:37:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: 5 Otros requerimientos Se podría Incluir: Sistema de fototerapia inversa en el lecho	25-05-2018	17:47:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:37:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: 4.11.8 Cronometro Digital Podría Ser: Cronometro digital, integrado al display.	25-05-2018	17:48:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:38:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: 5.5 Con al menos un cajón Podría Ser: Con al menos un cajón by-pass..	25-05-2018	17:49:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:38:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Volumen Corriente (ml) Limite inferior 5 o menor Limite superior 3000 o mayor Solicitamos diga: Volumen Corriente (ml) Límite inferior 50 o menor Límite superior 2200 o mayor	28-05-2018	08:08:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:38:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Flujo Inspiratorio (L/min) Limite inferior 6 o menor Límite superior 180 o mayor Solicitamos diga Flujo Inspiratorio (L/min) Limite inferior 6 o menor Límite superior 100 o mayor	28-05-2018	08:10:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:38:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Presión Inspiratoria (cmH2O) Límite inferior 5 o menor Limite superior 70 o mayor Solicitamos diga Presión Inspiratoria (cmH2O) Límite inferior 5 o menor Limite superior 60 o mayor	28-05-2018	08:13:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:38:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Frecuencia Respiratoria (rpm) Límite inferior 5 o menor. Limite superior 120 o mayor solicitamos diga:Frecuencia Respiratoria (rpm) Límite inferior 5 o menor. Limite superior 99 o mayor	28-05-2018	08:15:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:38:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Tiempo inspiratorio (seg) Limite inferior 1 o memor Limite superior 9 o mayor solicitamos diga Tiempo inspiratorio (seg) Limite inferior 1 o memor Limite superior 3 o mayor	28-05-2018	08:16:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:38:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: PEEP/CPAP (cmH2O) Limite inferior 0 o apagado Limite superior 40 o mayor solicitamos diga PEEP/CPAP (cmH2O) Limite inferior 0 o apagado Limite superior 30 o mayor	28-05-2018	08:19:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:39:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 12 COLPOSCOPIO 12. 7 Cámara fotográfica digital Solicitamos excluir este requisito y en su reemplazo solicitar un sistema de imagen, es decir: 12. 7 Sistema de Imagen 12. 7.1 Video cámara digital con calidad HD, con adaptador para colposcopio. 12. 7.2 Software para la adquisición, edición y almacenamiento de imágenes. Notebook de al menos 15 pulgadas, impresora toner color.-	28-05-2018	08:34:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:39:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>15. 4.1 Solicitan: Pantalla: Monitor al menos 19" (pulgadas), medidas diagonalmente. Sugerimos soliciten Monitor LCD de al menos 21" (pulgadas), montado en brazo articulado con ángulo de visión vertical y horizontal de al menos 175°, y Panel táctil LCD de al menos 10" que permita el manejo interactivo de los menús, con teclado alfanumérico 15. 4.4 Solicitan: Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 TB. Solicitamos permitan cotizar equipos con capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500 GB 15. 4.5 Solicitan: Memoria CINE de al menos 1000 cuadros. Memoria CINE de al menos 5000 cuadros 15. 4.6 Solicitan: Rango dinámico de al menos 195 dB. Sugerimos soliciten Rango dinámico de al menos 270 dB. 15. 4.7 Solicitan: 3 (tres) puertos activos, como mínimo, para conexión de transductores. Sugerimos soliciten al menos 4 (cuatro) puertos activos, para conexión de transductores. 15. 4.9 Solicitas Puertos USB para conexión de periféricos. Sugerimos soliciten al menos 7 (siete) puertos USB para conexión de periféricos y transferencia de datos. 15. 4.12 Solicitan: Posibilidad de admitir transductores electrónicos lineales, convexos, endocavitarios, etc con detección y ajustes de parámetros en forma automática. Sugerimos soliciten adicionalmente la posibilidad de aceptar Transductor Volumétrico convexo con un ancho de banda de 1.7 - 6.0 Mhz, y Posibilidad de Agregar 3D y 4D en tiempo real. 15. 4.13 El equipo deberá poder aceptar transductores matriciales de al menos 1000 elementos. 15. 5.1.1 Solicitan: Modo B (2D). Sugerimos soliciten adicionalmente Modo B Con angulación múltiple de haz de ultrasonido, de al menos 9 ángulos simultáneos. Modo B con eliminación de Speckle de al menos 6 niveles diferentes en tiempo real, y modificable en una imagen de archivo. 15. 5.1.2 Solicitan Modo M. Sugerimos soliciten adicionalmente: Modo M anatómico que permita modificar la angulación del cursor M en cualquier orientación de la imagen 2D, incluso partiendo de una imagen de archivo. 15. 5.1.5 Solicitan Doppler de alta ganancia (Power Doppler) Sugerimos soliciten adicionalmente Doppler de Potencia Direccional. Sugerimos soliciten Adicionalmente: a. Modo de visualización de la hemodinamia compleja y realce de las estructuras de la sangre en modo B. para ayudar a visualizar flujo sanguíneo, trombosis aguda, flujo parenquimatoso y chorros. b. Capacidad de incorporar Herramienta de Medición automática de Íntima Media con detección automática de bordes. Sugerimos soliciten la posibilidad de Agregar a futuro: Doppler Continuo CW, Doppler Tisular Color, Capacidad de incorporar Herramienta de cuantificación grafica de velocidades tisulares, Posibilidad de incorporar Software de Echostress con protocolos editables, y visualización simultanea de la imagen basal versus la imagen de la etapa actual (ejercicio y farmacológico), Posibilidad de aceptar transductores sectoriales neonatales, adultos y pediátricos, de manera a en el futuro tener la posibilidad de ampliar los servicios ofrecidos. 15. 6.1.5 Solicitan: Software para elastografía. Sugerimos que el mismo cuenta además con software de cuantificación. 15. 7.2.1 Solicitan Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5 a 12 Mhz. Sugerimos ampliar el ancho de banda de 4.0 a 15.0 MHz, lo que permitirá la realización de estudios de partes pequeñas, musculo esqueléticas y superficiales, obteniendo mejor calidad de imagen.</p>	28-05-2018	08:37:20
--	------------	----------

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

16-08-2018

08:39:46

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

Ítem 12 COLPOSCOPIO 12. 8.1 Impresora de video color Solicitamos se agreguen los siguientes accesorios: 12. 8.1 Impresora de video color. Video cámara digital con calidad HD, con adaptador para colposcopio. Notebook de al menos 15 pulgadas con Software para la adquisición, edición y almacenamiento de imágenes

28-05-2018

08:37:52

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

16-08-2018

08:39:56

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

7. 4.1 Solicitan Que soporte un peso de 240 kg como mínimo. Solicitamos permitan cotizar equipos con Capacidad de carga de 230 kg, lo que permitirá la participación de un mayor número de oferentes 7. 4.2 Superficie de la camilla rígida. 7. 4.3 Dos columnas verticales de elevación. 7. 4.4 Solicitan: Medidas del sector paciente: Largo: 180 cm o más. Ancho: 50 cm o más. Solicitamos permitan cotizar equipos con las siguientes dimensiones del sector del paciente: Largo: 192 cm. Ancho: 65 cm o más 7. 4.5 Solicitan: Dimensiones de la camilla (con barandales arriba): Longitud total 200 cm o menos. Ancho total 95 cm o menos. Solicitamos permitan cotizar equipos con las siguientes dimensiones externas: Longitud total 205 cm o más. Ancho total 75 cm o menos. 7. 4.8 Solicitan: Ruedas antiestáticas o conductoras de 15 cm de diámetro como mínimo. Sugerimos soliciten Ruedas antiestáticas o conductoras de 20 cm de diámetro como mínimo 7. 4.11.1 Solicitan: Trendelenburg de 20° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. Solicitamos permitan cotizar equipos con Trendelenburg de 12°, para permitir la participación de un mayor número de oferentes. 7. 4.11.2 Trendelenburg inverso de 12° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. 7. 4.11.3 Solicitan Sección de espalda o Fowler forma hidráulica o neumática. Sugerimos ampliar este requerimientos solicitando al menos un Plano de tronco-con ángulo de inclinación de 0°-70° 7. 4.11.4 Solicitan: Altura regulable hidráulicamente mediante pedal: Altura máxima: 90 cm o más. Altura mínima: 60 cm o menos. Sugerimos modificar estos parámetros por: Altura máxima: 89.5 cm o más. Altura mínima: 57 cm o menos. Sugerimos soliciten superficie radio translúcida que permita realizar procedimientos de exploración radiológica y con Arco en directamente en la camilla de manera a agilizar el diagnóstico y soporte de chasis deslizable a lo largo de toda superficie del paciente. Sugerimos soliciten quinta rueda para facilitar la manipulación y desplazamiento de la camilla,

28-05-2018

08:37:56

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

El Oferente debe remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.

16-08-2018

08:40:22

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

38. 4.2 Solicitan: Funciones de regulación automática de potencia de acuerdo al tejido controladas por microprocesador o microcontrolador Solicitamos consideren este requerimiento como opcional de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes

28-05-2018

08:38:30

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

16-08-2018

08:40:39

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

Listado de Consultas

Donde dice Pantalla: Tamaño diagonal de 8" o más, solicitamos permita ofertar Electrocardiógrafos con pantalla de 4" o mayor	28-05-2018	08:40:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:40:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
31. 4.7 SOLICITAN: Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente. Solicitamos permitan cotizar equipos con despliegue de 13 curvas fisiológicas simultáneamente, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes	28-05-2018	08:41:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:40:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 3 BALANZA PARA ADULTOS 3. 4.1 Capacidad en el rango de 0 a 300 kg por lo menos. Solicitamos al Convocante permita la cotización de: 3. 4.1 Capacidad en el rango de 0 a 250 kg por lo menos.	28-05-2018	08:41:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:41:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 3 BALANZA PARA ADULTOS 3. 4.2 Divisiones de 50g. Solicitamos al Convocante permita la cotización de: 3. 4.2 Divisiones de 50g o mayor.-	28-05-2018	08:42:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:41:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Mesa con ruedas y frenos de dimensiones adecuadas al equipo, con al menos un cajón. Cantidad 1, solicitamos diga: Mesa con ruedas y frenos de dimensiones adecuadas, con al menos un cajón y/o canasta porta accesorios. Cantidad:1 (uno)	28-05-2018	08:46:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:42:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1 ASPIRADOR QUIRÚRGICO 1. 4.1 Flujo de aspiración de 50 l/min o más. Solicitamos al Convocante permita la cotización de Aspirador con: 1. 4.1 Flujo de aspiración de 45 l/min o más.-	28-05-2018	08:48:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	16-08-2018	08:42:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 3 BALANZA PARA ADULTOS 3. 4.1 Capacidad en el rango de 0 a 300 kg por lo menos. Solicitamos al Convocante permita la cotización de: 3. 4.1 Capacidad en el rango de 0 a 220 kg por lo menos.	28-05-2018	08:57:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:43:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 12: COLPOSCOPIO Donde dice: 12.4.9 dice: Base redonda con 5 ruedas como mínimo y freno en por lo menos dos de ellas.- Solicitamos al Convocante permita la cotización de Aspirador con: 12.4.9 dice: Base redonda con 4 ruedas como mínimo y freno en por lo menos dos de ellas.-	28-05-2018	08:59:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	16-08-2018	08:42:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Transductores solicitados Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5 a 12Mhz. Cantidad mínima 02 (dos) unidades por cada equipo, considerando el elevado costo de los transductores matriciales y a fin de que haya una mayor participación de oferentes solicitamos diga: Transductor Lineal o Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5 a 12Mhz. Cantidad mínima 02 (dos) unidades por cada equipo	28-05-2018	09:03:41
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:43:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1 ASPIRADOR QUIRÚRGICO Donde dice: 1. 4.1 Flujo de aspiración de 50 l/min o más. Solicitamos al Convocante permita la cotización de Aspirador con: 1. 4.1 Flujo de aspiración de 45 l/min o más.-	28-05-2018	09:06:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	16-08-2018	08:43:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1 ASPIRADOR QUIRÚRGICO Donde dice: 1. 5.3 Díez (10) Picos y sondas de succión descartables.- Solicitamos al Convocante permita la cotización de Aspirador con: 1. 5.3 Díez (10) Picos de succión descartables.- Las sondas (tubuladuras) ya se solicitan en el numeral 1.5.1	28-05-2018	09:10:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:43:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 16 - ELECTROCARDIOGRAFO Sub ítem 16.4.1.3 Tamaño diagonal de 8 o mas. A fin de permitir mayor participación de oferentes, sin que esto implique una sustancial disminución en la prestación del equipo, solicitamos al Convocante permitir la cotización de Electrocardiógrafos con: Sub ítem 16.4.1.3 Tamaño diagonal de 6,5 o mas. ITEM N° 16 - ELECTROCARDIOGRAFO Sub ítem 16.4.2.3 Detección de por lo menos 100 tipos de arritmia. Respetuosamente pedimos la flexibilización de este requisito. Por lo que solicitamos permitir la cotización de Electrocardiógrafos con: Sub ítem 16.4.2.3 Detección de por lo menos 10 tipos de arritmia.	28-05-2018	09:11:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:44:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 18 - EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED En el numeral dice: 18.4.1 Panel fijo por la pared. Solicitamos la siguiente aclaración ¿ los componentes de este equipo (Esfigmomanómetro y Lámparas de diagnóstico) deben estar sujetos a la pared mediante soporte original de la misma marca que los equipos ofertados? O ¿pueden utilizarse soporte de fabricación nacional?	28-05-2018	09:11:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:44:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 18 - EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED El tamaño del reloj es muy pequeño, conforme el numeral 18.4.2.3 Diámetro del manómetro: 56 mm o más. El diámetro mínimo debe ser de 130mm pues es un producto que será colocado por la pared y debe poder visualizarse desde mucha distancia para facilitar la tarea a la enfermeras. Por lo brevemente expuesto, consideramos que este numeral debe solicitarse de la siguiente manera: 17.3.3 Diámetro del manómetro: 130 mm o más.	28-05-2018	09:12:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:44:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 18: EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO DE PARED Sub ítem 18.2.6 – Pera insufladora integrada al manómetro, de manera a que ambos formen una sola estructura. Esta descripción corresponde a un Aparato de presión de mano y no corresponde al tipo de pared que se está solicitando. Por lo dicho, consideramos que este numeral debe solicitarse de la siguiente manera: 18.2.6 – Pera insufladora conectada al manómetro mediante tubuladura de goma de al menos 3 metros.-	28-05-2018	09:12:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:45:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 18: Equipo de Diagnostico de pared Sub ítem 18.4.5.6. - Mango metálico de acabado antideslizante recargable directo. Recomendamos a la convocante aceptar con sistema de transformador con sistema de encendido automático - montado a la pared tal como lo pide en el numeral 18.4.5.6 - con dos mangos para el Otoscopio y Oftalmoscopio, respectivamente.-	28-05-2018	09:13:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:46:18
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 17: Equipo de Diagnostico Sub ítem 17.8 – MARTILLO DE BUCK. Solicitamos que se declare opcional este artículo, habida cuenta que no forma parte del conjunto de pared solicitado.	28-05-2018	09:13:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:46:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 27: LAMPARA SCIALITICA PORTATIL Sub ítem 27.4.3.1 – Libre de sombras a la interposición de cuerpos. Solicitamos a la convocante aclarar se están refiriendo a que debe poseer un sistema de compensación automática de la disminución de la intensidad, para mantener una iluminación constante durante todo el procedimiento quirúrgico. Por lo dicho, consideramos que este numeral debe solicitarse de la siguiente manera: 27.4.3.1 – Libre de sombras con sistema de compensación automática de la disminución de la intensidad a la interposición de cuerpos.-	28-05-2018	09:14:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:46:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 38 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 38.4.3 - Corte puro de 300 Watts o mayor. Solicitamos permitan la cotización de Corte puro de 200 Watts o mayor. Ítem 38 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 38.4.4 - Coagulación monopolar de 120 W o mayor. Solicitamos permitan la cotización de Coagulación monopolar de 80 W o mayor. Ítem 38 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 38.5.1 – Carro original para transporte del equipo ¿es posible cotizar carro de fabricación nacional? Ítem 38 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 38.5.2 Pedal monopolar para corte y coagulación; y Sub Ítem 4.5.3 Pedal bipolar. ¿Se puede cotizar un sólo pedal, que cumpla con ambas funciones ya sea monopolar y/o bipolar, dependiendo esto del modo en que esté siendo utilizado la unidad electroquirúrgica?	28-05-2018	09:15:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:46:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Sistema de registro. Impresora integrada para papel de 50mm, solicitamos se permita ofertar desfibriladores con impresora integrada para papel de 80mm	28-05-2018	09:18:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	16-08-2018	08:48:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 7 – CAMILLA DE TRASLADO Sub Ítem 7.4.1. - Que soporte un peso de 240 kg como mínimo Solicitamos permitan la cotización de: Que soporte un peso de 200 kg como mínimo, para posibilitar mayor participación de oferentes. ITEM N° 7 – CAMILLA DE TRASLADO Sub Ítem 7. 4.11.1. - Trendelenburg de 20° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática Solicitamos permitan la cotización de: Trendelenburg de 12° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática, para posibilitar mayor participación de oferentes.	28-05-2018	09:31:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:47:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 8 – CAMILLA GINECOLOGICA Sub Ítem 8.3.1. - Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas Solicitamos permitan la cotización de: Normas de calidad específicas: FDA, CE , JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar mayor participación de oferentes. ITEM N° 8 – CAMILLA GINECOLOGICA Sub Ítem 8.4.2. - Mesa de 3 secciones ajustables eléctricamente. Sugerimos reemplazar el término de ajustables eléctricamente a ajustables en forma manual, teniendo en cuenta que el precio referencial corresponde a una camilla nacional y no importada. ITEM N° 8 – CAMILLA GINECOLOGICA Sub Ítem 8.4.3. - Trendelenburg y Trendelenburg inverso Al contar con una Camilla ajustable en forma manual, la propiedad de Trendelenburg y Trendelenburg inverso, no corresponde, por lo que sugerimos la eliminación de este sub ítem. ITEM N° 8 – CAMILLA GINECOLOGICA Sub Ítem 8.4.9. - Ruedas con sistema de freno en las 4 ruedas Las camillas ginecológicas no poseen ruedas, ya que son para inspección fija, no son para traslado de pacientes, por lo que no deberían poseer Ruedas. En ese sentido solicitamos permitan la cotización de Base estable con regatones de plástico ITEM N° 8 – CAMILLA GINECOLOGICA Sub Ítem 8.4.11. - Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la Solicitamos eliminar este sub ítem, ya que se trata de una camilla ginecológica con ajustes manuales y no eléctricos, además del precio referencial correspondiente a una camilla nacional y no importada.	28-05-2018	09:31:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	16-08-2018	08:48:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

ITEM N° 13 – DESFIBRILADOR CON CARRO DE PARO Sub Ítem 13.5.3. - Parches descartables para DEA, 6 (seis) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo Sub Ítem 13.5.5. – Electrodo autoadheribles descartables para marcapaso, 12 (doce) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo. Solicitamos unificar estos sub ítems ya que se tratan del mismo producto, un parche o electrodo descartable se utiliza tanto para desfibrilación como para marcapaso. De modo a no duplicar cantidades y solicitar lo necesario. Se sugiere solicitar 12 pares o kits.	28-05-2018	09:32:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:47:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 19 – EQUIPO DE ONDAS CORTAS Sub Ítem 19.4.2 - Control de tiempo de tratamiento y de sintonía como mínimo 5 intervalos Solicitamos permitan la cotización de: Tiempo de sesión: Seleccionable entre 0 y 30 minutos, para posibilitar mayor participación de oferentes.	28-05-2018	09:32:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:47:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 22 – EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA Sub Ítem 22.3.3. - 20 (veinte) o más programas de tratamientos preestablecidos. Solicitamos permitan la cotización de: 12 (doce) como mínimo programas de tratamientos preestablecidos, para posibilitar mayor participación de oferentes. ITEM N° 22 – EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA Sub Ítem 22.3.4. - Al menos 100 memorias para almacenar programas establecidos por el usuario Solicitamos permitan la cotización de: Al menos 100 memorias para almacenar programas establecidos por el usuario (opcional), para posibilitar mayor participación de oferentes.	28-05-2018	09:33:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:48:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 23 – ESPIRÓMETRO Sub Ítem 23.4.6. - Resolución de conversor AD: 12 bits o mayor Solicitamos supriman este sub ítem ya que corresponde a propiedad de un Equipo Holter, en su defecto permitan cotizar: Resolución en volumen (ml) < 6 como mínimo, propiedad de un Equipo Espirómetro.	28-05-2018	09:33:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:48:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 23 – ESPIRÓMETRO El precio referencial se encuentra muy por debajo de los precios de mercado.- Solicitamos realizar los estudios de mercado, y posteriormente actualizar el precio referencia a por lo menos 55 millones.-	28-05-2018	09:36:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:49:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 28 – LAMPARA CUELLO DE CISNE Sub Ítem 28.3.1. - Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas Solicitamos permitan la cotización de: Normas de calidad específicas: FDA, CE , JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar mayor participación de oferentes.	28-05-2018	09:37:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:49:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 29 – LAMPARA INFRARROJA Sub Ítem 29.4.1. - Receptáculo de porcelana con rosca tipo E26 o E27 para utilizar con lámpara de 220 VAC/250W color rojo de uso terapéutico. Solicitamos permitan la cotización de: Receptáculo de porcelana con rosca tipo E26 o E27 para utilizar con lámpara de 220 VAC/150W color rojo de uso terapéutico, para posibilitar mayor participación de oferentes. ITEM N° 29 – LAMPARA INFRARROJA Sub Ítem 29.4.5. - lámparas de 220V/250 W de repuesto para el equipo Solicitamos permitan la cotización de: lámparas de 220V/150W de repuesto para el equipo, para posibilitar mayor participación de oferentes.	28-05-2018	09:37:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:49:19

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 32 – NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO Sub Ítem 32.3.1. - Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas Solicitamos permitan la cotización de: Normas de calidad específicas: FDA, CE , JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar mayor participación de oferentes. ITEM N° 32 – NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO Sub Ítem 32.4.1. - Sistema de iluminación por LED Solicitamos permitan la cotización de: Sistema de iluminación por tubos fluorescentes, para posibilitar mayor participación de oferentes.	28-05-2018	09:38:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:49:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 7.2.1. Donde dice Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5 a 12 Mhz, solicitamos que se pueda ofertar transductores lineales con ancho de banda de 5 a 12 Mhz que no sean matriciales, considerando que el hecho de que no sea matricial no afectará a las aplicaciones que se le pretende dar al equipo, ademas permitirá la participación de más oferentes	28-05-2018	09:41:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:49:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 31 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Sub Ítem 31.4.1 – Monitor Modular Solicitamos permitan la cotización de MONITORES MODULARES O PRECONFIGURADOS. Ítem 31 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Sub Ítem 31.4.2 – PANTALLA DE 15 PULGADAS COMO MINIMO Solicitamos permitan la cotización de con pantalla de 13 pulgadas como mínimo.- Ítem 31 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO En el numeral dice: 31.4.12 Sistema para fijación de cada monitor: Montaje de pared original. Solicitamos la siguiente aclaración ¿pueden utilizarse soporte de fabricación nacional? Ítem 31: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO En el punto 31.7.6 dice: Para medición de la presión invasiva incluir al menos: Dos cables troncales para transductor y cinco transductores reusables. Cien domos desechables ó Cien kits de transductor desechable, por cada canal. Solicitamos al Convocante que permita ofertar de la siguiente manera: Dos cables troncales para transductor y cinco transductores reusables y/o Cien domos desechables, por cada canal.	28-05-2018	09:43:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:49:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 24 – ESTUFA DE ESTERILIZACION Sub Ítem 24.4.5 – CAPACIDAD: HASTA 60 LITROS Solicitamos permitan la cotización de capacidad de 55 litros o mayor.- Ítem 24 – ESTUFA DE ESTERILIZACION Sub Ítem 24.4.5 – Control automático de temperatura desde temperatura ambiente hasta 350°C Entendemos que es excesivo el límite superior del control de temperatura solicitado, pues se estaría hablando de una característica de un autoclave, normalmente la temperatura de la Estufa de esterilización oscilan de 5° a 200 °. Solicitamos permitan la cotización con Control automático de temperatura desde temperatura ambiente hasta 200°C o mayor.- Ítem 24 – ESTUFA DE ESTERILIZACION Solicitamos aclarar a la convocante aclarar lo siguiente: la estufa debe de contar con sistema de aireación forzada, esta función realiza una mejor distribución de calentamiento de la cámara y pronta esterilización.-	28-05-2018	09:45:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	16-08-2018	08:50:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 2.1 Donde dice: Volumen Corriente (ml). Limite inferior 5 o menor. Limite superior 3000 o mayor, solicitamos permita ofertar ventiladores de traslado con Volumen corriente (ml) Limite inferior 50 o menor. Limite superior 2500 o mayor de manera a dar mayor participación a los oferentes	28-05-2018	09:46:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:50:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 6.2 donde dice tiempo de uso mínimo 4 horas o más solicitamos permita ofertar ventiladores con baterías internas recargables con tiempo de uso mínimo de 3 hs	28-05-2018	09:49:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:50:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor permitan cotizar el equipo con cámara y fuente de luz incorporada.	28-05-2018	09:51:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:50:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 8.2 Peso de 5Kg o menos. Incluyendo baterías externas de ser necesarias, solicitamos permita ofertar ventiladores con peso de hasta 8 kg. incluyendo baterías externas de ser necesarias	28-05-2018	09:52:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	16-08-2018	08:51:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos solicitar que el ventilador de traslado cuente con compresor o turbina integrada de esta manera permitira que el equipo pueda ventilar sin necesidad de una fuente externa de oxígeno	28-05-2018	09:55:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:51:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos solicitar que el Ventilador cuente con una pantalla táctil de al menos 7" a fin de visualizar los parámetros monitoreados.	28-05-2018	09:58:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente debe remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-08-2018	08:51:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor verificar el precio de referencia de la unidad electroquirurgica, ya que piden varios accesorios que aumentan el precio del equipo en más de 150.000.000	19-07-2018	09:08:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a los precios referenciales establecidos en el SICP.	23-11-2018	08:30:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Movimiento vertical motorizado de 45 cm o más. Solicitamos modificar este punto a: Movimiento vertical motorizado de 42 cm o más, ya que este es un parámetro suficiente para brindar versatilidad en el uso del equipo. Además, por lo general las camillas quirúrgicas son de altura regulable, lo que contribuye a tener flexibilidad en el posicionamiento óptimo del Arco en C.	19-07-2018	09:40:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	08:31:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice: Rango de kV para Radiografía: de 40 kV o menos a 120 kV o más. Solicitamos modificar este parámetro a: Rango de kV para Radiografía: de 40 kV o menos a 110 kV o más. Ya que es un parámetro suficiente para una radiografía en un Arco en C para todo tipo de pacientes y de esta manera se podrá ampliar la cantidad de oferentes.	19-07-2018	09:41:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	08:32:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos ÍTEM 37 – TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA • 37.2.9 DICE: CORRECCIÓN DE SOMBRAS: Solicitamos: Por favor aclarar a que se refiere este punto o bien que sea un ítem opcional, pues según hemos consultado a nuestra representada la luz se emite directamente desde la lente de la óptica y con eso es totalmente imposible generar sombras, porque tiene la misma perspectiva la iluminación y la visión del cirujano. Solicitamos aclarar este punto.	19-07-2018	09:42:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	08:32:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice: Rango de kV para Fluoroscopia: de 40 kV o menos a 120 kV o más. Solicitamos modificar este parámetro como en el punto 20.4.5.3 a: Rango de kV para Fluoroscopia: de 40 kV o menos a 110 kV o más. Siendo este parámetro suficiente para la exposición en sala quirúrgica de un equipo de esta categoría para todo tipo de pacientes.	19-07-2018	09:43:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	08:33:57

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos ÍTEM 37 – TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA • 37.2.10: DICE: VELOCIDAD DEL OBTURADOR: 1/100 a 1/50.000 O MAYOR RANGO. Se puede ofertar la Torre de Videolaparoscopia con obturador automático y electrónico? En laparoscopia, los movimientos generados, son a una tasa de velocidad muy baja, tanto del cirujano, como de los tejidos y órganos del paciente, además está relacionado con la iluminación, ya que a menor iluminación se requiere un mayor tipo de apertura del obturador o sea un obturador más lento, en nuestro caso, nuestros equipos manejan un SHUTTER AUTOMATICO Y ELECTRONICO para mantener la iluminación correcta en todas las condiciones que se puedan dar.	19-07-2018	09:43:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	08:34:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Tiempo de exposición: de 0,003s o menos a 4s o más. Solicitamos aclaración de este parámetro: el tiempo de exposición en fluoroscopia depende de varios factores y la mayoría de los equipos está preparado para operar según régimen de pulsos (30, 10, 5 cuadros por segundo). Entendemos que se quiso hacer referencia a la anchura del pulso en fluoroscopia pulsada. Si es así solicitamos modificar a Rango de ancho del pulso en fluoroscopia pulsada: de 0,007s o menos a 4s o más	19-07-2018	09:44:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	08:35:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Rango de mAs: de 1 mAs o menos a 200 mAs o mayor. Solicitamos modificar el parámetro a: Rango de mAs: 0.2 a 160 mAs o mayor, siendo este un parámetro que cumple con el rango de dosis suficiente para todo tipo de paciente y estudios, utilizado normalmente para imágenes radiográficas en el quirófano.	19-07-2018	09:45:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	08:36:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 37 – TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA • 37.3.1 DICE: Flujo de gas: 0 a 30 l/min (o mayor rango). Solicitamos: Qué el flujo mínimo sea de 0 a 45 l/min (o mayor rango), esta solicitud se debe a que los grandes fabricantes ya no producen equipos de tan bajos flujos, a mayor velocidad de flujo la recuperación de la presión a causa del gas perdido es mucho más rápido, generando esto una presión del neumoperitoneo mucho más estable.	19-07-2018	09:45:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	08:36:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice: Potencia mínima nominal del generador 12 kW o mayor. Solicitamos modificar este parámetro a: Potencia mínima nominal del generador 2.5 kW o mayor, considerando que la potencia del generador no se puede considerar un parámetro absoluto para medir su desempeño. Además, solicitamos llevar en cuenta que la mayoría de los fabricantes tradicionales sólo cuenta con con esta potencia de generador en arcos en C con detectores planos y en este caso están solicitando equipos con intensificador de imágenes.	19-07-2018	09:46:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	08:37:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos ITEM 37 – TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA • 37.3.2 DICE: Presión intrabdominal: 0 a 30 mmHg (o mayor rango). Consulta: se puede ofertar equipo de videolaparoscopia con presión intrabdominal de 0 a 25 mmHg (o mayor rango), en laparoscopia el rango máximo utilizado es de 15 mmHg, utilizar un presión de 25 mmHg ya está fuera de los márgenes utilizados en medicina, y ya es considerado sobre presión del neumoperitoneo.	19-07-2018	09:46:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	08:37:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.3 Tamaño diagonal de 8" o mas, Solicitamos cambiar a: Tamaño diagonal de 6,5 " o más a fin de permitir la participación de mayor cantidad de oferentes.	19-07-2018	09:46:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	08:38:03

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos ITEM 37 – TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA • 37.3.3 DICE: Con sistema calefactor Solicitamos: Que sea un ítem opcional, el sistema calefactor ayuda a reducir el empañamiento de la óptica de la imagen, pero en contar partida reseca la cavidad abdominal, generando mucho dolor post quirúrgico al paciente. Consulta: se puede ofertar un equipo de videolaparoscopia sin sistema de calefacción. El sistema calefactor ayuda a reducir el empañamiento de la óptica de la imagen, pero en contar partida reseca la cavidad abdominal, generando mucho dolor post quirúrgico al paciente.	19-07-2018	09:48:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	08:38:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 250.000 HU ó mayor. Sugerimos modificar este punto a: Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 100.000 HU ó mayor, debido a que los tubos de rayos X de los mayores fabricantes de equipos con estas especificaciones difícilmente cumplan con este parámetro de almacenamiento de calor.	19-07-2018	09:48:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	08:38:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice uno o dos focos de 0.3 o menor y 1.5 mm Solicitamos modificar este parámetro a: uno o dos focos de 0.6 o menor y 1.0 mm o mayor. El tamaño de los focos es una característica constructiva dependiente del fabricante y de los niveles de energía que se manejan según la aplicación del equipo. Con las características sugeridas el equipo puede trabajar con los niveles de energía y tiempos que se manejan para su aplicación en el quirófano.	19-07-2018	09:49:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	08:39:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos ITEM 37 – TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA • 37.5.1 DICE: Monitor de uso médico, con pantalla LCD o plasma de al menos 19 pulgadas. Solicitamos: Que el monitor sea de grado médico, con pantalla LCD o PLASMA de al menos 26 pulgadas. La calidad de la imagen sería infinitamente superior.	19-07-2018	09:50:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	08:39:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4 Impresora Item 4.4.1 Térmica y con posibilidad de conexión plug and play mediante puerto USB con impresoras a chorro de tinta o láser. Solicitamos amablemente cambiar a: 4.4 Impresora Item 4.4.1 Térmica, ya que tal como esta redactada actualmente indica una orientación a cierta marca que incorpora esta opción con exclusividad y considerando que cada equipo ya tiene incorporada su propia impresora térmica.	19-07-2018	09:50:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	08:40:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos ITEM 37 – TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA • 37.6.5 DICE: Grabador/reproductor de DVD con cables de conexión. Solicitamos: aclarar las especificaciones mínimas del Grabador/reproductor de DVD, con cables de conexión., 1- ¿debe ser de grado médico? 2- ¿en qué formatos debe grabar? 3-Además de DVD ¿debe grabar a través de un puerto USB y/o DISCO DURO?	19-07-2018	09:51:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	08:40:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos ITEM 37 – TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA • 37.6.6 DICE: UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Solicitamos: Aclarar cuáles son las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, 1- Cual es la potencia de corte monopolar, 2- Cual es la potencia de coagulación monopolar 3- Cual es la potencia de coagulación bipolar 4- Cuantas conexiones monopolares y bipolares debe tener, 5- Si debe tener un modo especial para electrodos finos 6- Si debe venir con o sin carro original del fabricante, 7- Con que insumos debe contar (placas neutras, mango porta electrodos) 8- Cuanto espacio de memoria debe tener, etc.	19-07-2018	09:52:09

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	08:41:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Paquetes de papel térmico, cantidad 30 (treinta). Favor aclarar el alcance de requerimiento de este ítem, ya que el contenido de cada paquete varía con cada fabricante.	19-07-2018	09:52:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	08:47:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos ITEM 37 – TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA • 37.7.14 DICE: 1 x Pinza de disección y agarre tipo Kelly, Rotativas. Con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, con conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo. Solicitamos ampliar el rango permitiendo ofertar: 1 x Pinza de disección y agarre tipo Kelly, Rotativas. Con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo.	19-07-2018	09:53:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	08:47:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos ITEM 37 – TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA • 37.7.15 DICE: 1 x Pinza de agarre y mandíbulas de tigre, Rotativas. Con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, con conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes, Abertura unilateral, 2 x 4 dientes, para agarre y liberación de órganos sólidos, en especial durante la adhesiolisis, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico con bloqueo. Solicitamos ampliar el rango permitiendo ofertar: 1 x Pinza de agarre y agarre mandíbulas de tigre, Rotativas. Con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, Abertura unilateral, 2 x 4 dientes, para agarre y liberación de órganos sólidos, en especial durante la adhesiolisis, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico con bloqueo.	19-07-2018	09:53:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	08:48:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 TB Solicitamos modificar este punto a Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB. Considerando que este es un parámetro suficiente de almacenamiento que necesita el ecógrafo, y esto no afectaría las funciones del equipo.	19-07-2018	09:54:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	08:48:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos ITEM 37 – TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA • 37.7.16 DICE: 1 x Pinza de agarre y disección tipo REDICK-OLSEN, Rotativas. Con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, con conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes, Abertura bilateral, robustas, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico con bloqueo. Solicitamos ampliar el rango permitiendo ofertar: 1 x Pinza de agarre y disección tipo REDICK-OLSEN, Rotativas. Con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, Abertura bilateral, robustas, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico con bloqueo.	19-07-2018	09:54:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	08:54:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos ITEM 37 – TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA • 37.7.17 DICE: 1 x Pinza agarre con dentado atraumático especialmente fino, múltiples dientes, rotativas. Con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza. Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo. Solicitamos ampliar el rango permitiendo ofertar: 1 x Pinza agarre con dentado atraumático especialmente fino, múltiples dientes, rotativas. Con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes. Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo.	19-07-2018	09:55:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	08:55:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: El equipo deberá poder aceptar transductores matriciales de al menos 1000 elementos. Solicitamos especificar este punto, para determinar qué tipo de transductor están buscando, para que estudios desean utilizar el mismo.	19-07-2018	09:55:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	08:56:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos ITEM 37 – TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA • 37.7.18 DICE: 1 x Pinza agarre con dentado múltiple, Anchura de las mandíbulas de 4.8mm, para agarre atraumático y preciso, rotativas. Con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza. Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo. Solicitamos ampliar el rango permitiendo ofertar: 1 x Pinza agarre con dentado múltiple, para agarre atraumático y preciso, rotativas. Con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes. Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo.	19-07-2018	09:55:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	08:57:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Transductor Convexo con un ancho de banda de 1 a 6 MHz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo. Solicitamos modificar a: Transductor Convexo con un ancho de banda de 1.5 a 5.0 MHz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo. Siendo este un parámetro óptimo para un buen estudio con buenas imágenes, en todo tipo de pacientes. Y para una mayor participación de los oferentes.	19-07-2018	09:56:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	08:57:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Batería interna recargable con autonomía de al menos 120 minutos. Rogamos amablemente modificar este ítem de la siguiente manera: Batería interna recargable de al menos 90 minutos considerando que con la autonomía de 90 minutos se cubre una gran área y un número de pacientes, además esto permitiría la participación de una mayor cantidad de oferentes.	19-07-2018	09:56:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	08:58:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos ITEM 37 – TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA • 37.7.19 DICE: 1 x Pinza agarre y disección, mandíbulas acodadas en ángulo recto, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo Solicitamos ampliar el rango permitiendo ofertar: 1 x Pinza agarre y disección, mandíbulas acodadas en ángulo recto, Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, Longitud 36 cm (± 3cm), Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción, Se compone de: Inserto de pinza; Vaina exterior metálica aislada; Mango de plástico sin bloqueo.	19-07-2018	09:56:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	08:58:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos ITEM 37 – TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA • 37.7.22 DICE: 2 x Aplicador de clips, Desmontable, giratorio para clips de ligadura médium/large; después de conectar el clip, el mecanismo de bloqueo del mango fija la mandíbula, Tamaño 10 mm de diámetro, Longitud 36 cm (± 3cm), Rotativa, con bloqueo para las mordazas. Desmontable Solicitamos ampliar el rango permitiendo ofertar: 2 x Aplicador de clips, giratorio para clips de ligadura médium/large; después de conectar el clip, el mecanismo de bloqueo del mango fija la mandíbula, Tamaño 10 mm de diámetro, Longitud 36 cm (± 3cm), Rotativa.	19-07-2018	09:56:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	08:59:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5 a 12 Mhz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo. Solicitamos modificar a Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5 a 12 Mhz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo. Entendiendo que este un parámetro óptimo para un buen estudio con buenas imágenes, en todo tipo de pacientes.	19-07-2018	09:56:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	08:59:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos ITEM 37 – TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA • 37.7.24 DICE: 1 x Macro porta aguja. Con inserto de carburo de tungsteno, mango ergonómico, recta, con bloqueo desconectable, posición de bloqueo a la derecha, mandíbulas curvadas a la izquierda, Tamaño 5 mm. Longitud 33 cm (± 2cm). Solicitamos ampliar el rango permitiendo ofertar: 1 x Macro porta aguja. Con inserto de carburo de tungsteno, mango ergonómico, recta, posición de bloqueo a la derecha, mandíbulas curvadas a la izquierda, Tamaño 5 mm, Longitud 33 cm (± 2cm).	19-07-2018	09:57:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	09:00:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Posibilidad de soportar y exportar imágenes y clips a diferentes formatos como bmp, jpg, avi, etc. Solicitamos modificar a: Posibilidad de soportar y exportar imágenes y clips a diferentes formatos como TIFF, jpg, avi, etc., ya que BMP no es una buena opción para exportar por ser un formato más pesado, y se transfiere por unidades, sin embargo, TIFF es ideal para ser transferido con rapidez.	19-07-2018	09:57:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	09:00:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice DICOM Query/Retrieve Sabiendo que el DICOM Query/Retrieve es utilizado para estirar imágenes de estudios anteriores de los pacientes del sistema de almacenamiento del Hospital (PACS), solicitamos no tener a consideración, ya que este método es poco utilizado en nuestro país, y creemos que no se cuenta con almacenamiento de todos los estudios en el sistema PACS.	19-07-2018	09:58:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	09:01:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice:MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El Mantenimiento Correctivo será realizado por el Personal Técnico de la empresa proveedora del servicio al llamado, ante cualquier problema surgido con los equipos. La empresa adjudicada deberá garantizar el correcto funcionamiento de los bienes suministrados. Tipo de Servicio: Todos los días del año (incluyendo domingos y feriados), las 24 horas del día, con 4 (cuatro) horas de respuesta para equipos instalados en el Hospital de San Pedro de Ycuamandiyú. Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo solo capacitado en el equipo en cuestión (marca, modelo y versión). El incumplimiento de los requisitos de mantenimiento serán considerados como incumplimiento al contrato, en caso que el contratista no diera respuesta a Póliza de fiel cumplimiento requerida. Solicitamos la modificación en la hora de respuesta para la asistencia, considerando que se trata de una Localidad del Interior, se solicita 48hs de respuesta, una vez recepcionado el Reclamo correspondiente.	19-07-2018	09:59:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	09:02:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 27 - LAMPARA SCIALITICA PORTATIL: 27.4.3.2.1 - led blanco de al menos 45 leds solicitamos ampliar el rango ofertando: led blanco de al menos 40 leds	19-07-2018	10:00:05
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	09:03:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 25.4.8. Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionados eléctricamente, de al menos $\pm 10^\circ$. Recomendamos respetuosamente, que este movimiento sea de al menos $\pm 15^\circ$, de manera a que realmente cumpla con su función de irrigación, ya que con movimientos de apenas 10° no se consigue cumplir con esta función.	14-08-2018	15:06:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	09:03:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 25.4.9 Nivel de ruido en funcionamiento dentro de la cúpula: 60 dB o menos. Recomendamos respetuosamente, y para un mejor tratamiento en el paciente neonatal, que el nivel de ruido en funcionamiento dentro de la cúpula sea de 50 dB o menos de manera a cumplir con los estándares internacionales establecidos.	14-08-2018	15:06:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	09:04:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 25.6.5 Frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y onda pletismográfica, Respetuosamente solicitamos que este punto sea considerado como opcional, ya que estos parámetros se pueden verificar en el monitor que habitualmente acompaña a la incubadora en la terapia, con lo que se conseguiría mayor participación en algunos casos y mejores precios ya que estas funciones en la incubadora encarecen el precio final del bien. Por otra parte, creemos que existe un error involuntario al no indicar esta especificación como OPCIONAL, ya que como se puede ver más adelante, la provisión del sensor de saturación de oxígeno esta como un opcional a proveer en caso de que el equipo se entregue con los parámetros mencionados en el punto 25.6.5	14-08-2018	15:07:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	09:05:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PAGO DE ANTICIPO Solicitamos que se otorgue un anticipo financiero del 30% para hacer frente a las puestas de ordenes de compras después de haber sido adjudicados. Este aporte financiero permite una disminución importante a la hora de cotizar, ya que bajan los gastos financieros.	14-08-2018	15:07:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	09:05:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: 4.5.1 ALTURA: 115 – 140, solicitamos respetuosamente permitan cotizar equipos con altura de entre 115 y 150, como verán esto no afecta al funcionamiento del equipo, y por sobre todo porque a la hora de su uso en ambulancia la base se pliega y queda a una altura no mayor a 90 cm por lo que no afecta su funcionalidad.	14-08-2018	15:08:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	09:06:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: 4.5.1 LARGO: 100 – 115, solicitamos respetuosamente permitan cotizar equipos con un largo de 170 cm, hablando de toda la extensión del equipo, como verán esto no afecta al funcionamiento del equipo, al contrario, esto permite mayor espacio útil de uso con el paciente.	14-08-2018	15:08:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	09:06:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: 26.4.8 Aberturas en la cúpula (pasabrazos): como mínimo 3 (tres) aberturas cilíndricas u ovaladas. Para un mejor uso y atención al paciente neonatal, recomendamos respetuosamente que se solicite como mínimo 5 aberturas en la cúpula.	14-08-2018	15:10:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	09:07:12

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Modo aire - 26.4.14.1 Rango de control de temperatura de 30°C a 38°C, solicitamos que se establezca el término como mínimo o mejor rango, ya que esta especificación es exclusiva de una marca y modelo, teniendo mejores equipos por ofertar se esta limitando la participación.	14-08-2018	15:10:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	09:07:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Modo piel - 26.4.15.1 Rango de control de temperatura de 35°C a 38°C, solicitamos que se establezca el término como mínimo o mejor rango, ya que esta especificación es exclusiva de una marca y modelo, teniendo mejores equipos por ofertar se está limitando la participación.	14-08-2018	15:11:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	09:08:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Controles: 26.4.17.1 Humedad relativa de 30 a 95 o mejor. Solicitamos permitan cotizar equipos con Humedad relativa de hasta 85% o mejor, de manera a dar mayor participación a otros oferentes, tal como se solicita en las especificaciones del ítem 25 Incubadoras donde dice; 25.5.9 Control de humedad servocontrolado. Rango de control: 40% o menos a 85% omás. No entendemos porque de esta diferenciación.	14-08-2018	15:12:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	09:08:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: 26.4.18.6 Silenciado manual de alarmas por 60 segundos. Con relación a esta especificación solicitamos que la misma solo indique Silenciado manual de alarmas sin indicar el tiempo, por que eso depende de cada fabricante, o en todo caso se indique Silenciado manual de alarmas por 60 segundo o mayor. Para no limitar a una sola marca o modelo.	14-08-2018	15:12:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	09:09:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 33.4.6.5 Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionados eléctricamente, de al menos ±10°. Recomendamos respetuosamente, que este movimiento sea de al menos ±15°, de manera a que realmente cumpla con su función de irrigación, ya que con movimientos de apenas 10° no se consigue cumplir con esta función.	14-08-2018	15:13:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	09:10:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 33.4.10.02 Temperatura cutánea +/- 0.2°C del punto seleccionado. Consultamos si se podría indicar con el siguiente texto o mejor para no limitar la participación, y por otra parte, consultamos que se consideraría como mejor; a) que la alarma de temperatura cutánea se dispare a +/- 1°C del punto seleccionado, ó, b) que la alarma de temperatura cutánea se dispare a +/- 3°C del punto seleccionado.	14-08-2018	15:13:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	09:10:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: 26.4.18.6 Silenciado manual de alarmas por 60 segundos. Con relación a esta especificación solicitamos que la misma solo indique Silenciado manual de alarmas sin indicar el tiempo, porque eso depende de cada fabricante, o en todo caso se indique Silenciado manual de alarmas por 60 segundo o mayor. Para no limitar a una sola marca o modelo.	14-08-2018	15:13:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	09:11:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: 26.4.18.6 Silenciado manual de alarmas por 60 segundos. Con relación a esta especificación solicitamos que la misma solo indique Silenciado manual de alarmas sin indicar el tiempo, porque eso depende de cada fabricante, o en todo caso se indique Silenciado manual de alarmas por 60 segundo o mayor. Para no limitar a una sola marca o modelo.	14-08-2018	15:14:47

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	09:11:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 33.4.11.4 Soporte para líquidos y soluciones. Podrías aclarar suficientemente a que tipo de soporte se refiere, ya que no tenemos conocimiento de este tipo de soporte, o declararlo como opcional y dar mayor participación.	14-08-2018	15:15:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	09:12:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: En el ítem 4.1.8 Indicadores o manómetros electrónicos interconstruidos de presión para suministro de toma mural y de cilindros. Solicitamos a la convocante que el indicador o manómetro electrónico sea opcional y que permita cotizar manómetros analógico, considerando al bajo monto referencial asignado al ítem y además también para una mayor participación de oferentes. Caso contrario solo una marca del mercado podrá cotizar. Amablemente solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Indicadores o manómetros interconstruidos de presión para suministro de toma mural y de cilindros.	14-08-2018	17:13:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	09:33:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA : EN EL ÍTEM 4.1.9 Batería de respaldo interconstruida o no médico con capacidad para 90 minutos o mayor solicitamos amablemente a la convocante permitan ofertar baterías con capacidad de 30 min o mayor, considerando que el precio referencial del ítem es bajo, de lo contrario se debería considerar aumentar el precio referencial.	14-08-2018	17:14:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	09:34:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: En el ítem 4.2.3 Dispositivo antihipoxia de al menos 23% de O2 solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos con dispositivos antihipoxia de 30% de O2, y que el ítem quede de la siguiente manera: Dispositivo antihipoxia de 30 % +/- 3% de O2 o mejor. De esta manera se da apertura a mayor participación de oferentes.	14-08-2018	17:14:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	10:00:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA : En el ítem 4.3.1 Canister de un solo recipiente reutilizable y esterilizable con capacidad dentro del rango de 700 g y 1000 g, solicitamos amablemente a la convocante se considere ampliar el rango de capacidad del canister hasta 1300 g y así de esta manera tener mayor capacidad de absorción de CO2 y mayor participación de oferentes. Limitando a 1000 g se daría participación a una sola marca del mercado.	14-08-2018	17:14:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:11:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: En el ítem 4.3.5 Válvula de sobrepresión (APL), de 5 a 70 cm de H2O solicitamos a la convocante mejorar el rango de sobrepresión considerando la aplicación para la que se utiliza la válvula APL. Sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Válvula de sobrepresión (APL), de -10 a 100 cmH2O.	14-08-2018	17:14:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	10:12:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: Solicitamos amablemente a la convocante eliminar el ítem 5.2.3 Control por Presión con Volumen Garantizado (PCV VG O SIMILAR) o mejor, soporte de presión con respaldo de apnea considerando que esta especificación describe una función de un ventilador mecánico propio de las terapias, y que de mantenerse solo una marca del mercado es la que cumple con esta especificación, dejando así cerrada las especificaciones técnicas no dando oportunidad a la mayor cantidad de oferentes de participar.	14-08-2018	17:15:13
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:13:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: En el ítem 5.2.6 Control para ajuste de volumen de 5 ml o menor a 1400 ml o mayor entendemos que hubo un error de tipeo en el valor mínimo solicitado, amablemente solicitamos que se corrija la especificación a la siguiente Control para ajuste de volumen de 50 ml o menor a 1400 ml o mayor	14-08-2018	17:15:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:13:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: En el ítem 5.5 Control de PEEP electrónico e integrado con rango de 2 cmH2O o menor a 20 cmH2O o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de 4 cmH2O o menor, dando participación a la mayor cantidad de oferentes. Quedando el ítem de la siguiente manera: Control de PEEP electrónico e integrado con rango de 4 cmH2O o menor a 20 cmH2O o mayor.	14-08-2018	17:15:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:14:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: Solicitamos a la convocante especificar mejor el rango solicitado en el ítem 5.7 Presión de soporte (PSV): de 2 a 30 cm de H2O o mejor rango puesto que por mejor rango es subjetivo. Amablemente solicitamos que la especificación quede de la siguiente manera: Presión de soporte (PSV): de 5 cmH2O o menor a 60 cmH2O o mayor.	14-08-2018	17:16:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:15:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: En el ítem 5.8 Flujo inspiratorio: 120 LPM. Como mínimo, solicitamos a la convocante modifique el valor solicitado y poner un valor real y practico a lo utilizado con los equipos de anestesia y no se confunda con colocar la especificación de un ventilador de terapia intensiva. El valor de 120 LPM solicitado solo lo cumple una marca del mercado. Solicitamos amablemente a la convocante que el ítem quede de la siguiente manera: Flujo inspiratorio: 70 LPM o mayor,	14-08-2018	17:17:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:15:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: El ítem 5.10 Compensación automática de "compliancia" del circuito paciente y medición de 4 a 100 ml/cmH2O se aprecia que se encuentra mal redactada o mal solicitada la especificación. Con pedir compensación automática ya es suficiente y no hace sentido la frase medición de 4 a 100 ml/cmH2O y mas aun considerando que solo una marca del mercado hace esa medición. Solicitamos a la convocante que se modifique el ítem a la siguiente manera Compensación automática de compliancia del circuito paciente	14-08-2018	17:17:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:16:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: El ítem 6.1.6 Presion plateau o meseta, es un parámetro típico de medición que se utiliza en ventilación mecánica aplicada a terapia intensiva en donde el intensivista realiza una maniobra de pausa inspiratoria forzada para realizar la medición con el fin de evaluar la mecánica respiratoria del paciente en una situación en donde el paciente se encuentra varios días entubado con el ventilador. Ahora bien esto no se aplica en anestesia y mucho menos los equipos cuentan con la opción de pausa inspiratoria. Manifestado esto, solicitamos a la convocante que elimine este ítem porque carece de fundamento técnico que se encuentre solicitado. Suponemos que hubo un error involuntario.	14-08-2018	17:17:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:16:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: El ítem 6.2.2 Flujo versus tiempo solicitamos a la convocante que replantee el pedido de la especificación a lo siguiente Volumen versus tiempo, considerando que es un parámetro indispensable de monitoreo de curvas.	14-08-2018	17:18:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:17:23

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: Solicitamos a la convocante eliminar el ítem 6.2.4 Lazo Flujo/Volumen considerando que es un parámetro que no se utiliza en anestesia y que además limita la participación de oferentes.	14-08-2018	17:18:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:17:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA. Solicitamos a la convocante eliminar el ítem 6.3.5 Presión baja de vías aéreas ya que limita a la participación de oferentes y solo una sola marca puede ofrecer dicho parámetro.	14-08-2018	17:18:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:18:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.2.1 donde dice Movimiento vertical motorizado de 45 cm o más., solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimientos de 40 cm, ya que se estaría limitando innecesariamente la participación de oferentes por un parámetro que no es crítico. Recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Movimiento vertical motorizado de 40 cm o más..	14-08-2018	17:20:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:19:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.5.5 donde dice Tiempo de exposición: de 0,003 seg o menos a 4 seg o más. Solicitamos amablemente a la convocante mejore la especificación de este parámetro crítico y especial que es el tiempo de exposición, así de esta manera se estaría colaborando en salvaguardar la exposición a radiación del paciente. En la actualidad el objetivo es exponer al paciente a la menor dosis posible en el menor tiempo posible, motivo por el cual entendemos que 4 seg es un valor muy alto y poner un rango de variación limita la participación de marcas importantes. Entonces solicitamos a la convocante modificar el ítem de la siguiente manera: Tiempo de exposición: ajustable de 0,003 seg o menos a 0.5 seg o menos, o fijo menor o igual a 0.5 seg .	14-08-2018	17:20:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:19:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.5.6 donde dice Rango de mAs: de 1 mAs o menos a 200 mAs o mayor. Entendemos que hubo un error de tipeo, considerando el valor de 200 mAs muy alto para el tipo de estudios en el que se operara el equipo. Solicitamos a la convocante aclarar y sugerimos colocar los valores correspondientes a equipos del mercado, quedando de la siguiente manera el ítem: Rango de mAs: de 1 mAs o menos a 9.5 mAs o mayor.	14-08-2018	17:21:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:20:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 12 COLPOSCOPIO 12. 7 Cámara fotográfica digital Solicitamos excluir este requisito y en su reemplazo solicitar un sistema de imagen, es decir: 12. 7 Sistema de Imagen 12. 7.1 Video cámara digital con calidad HD, con adaptador para colposcopio. 12. 7.2 Software para la adquisición, edición y almacenamiento de imágenes. Notebook de al menos 15 pulgadas, impresora toner color.	14-08-2018	17:21:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	10:20:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.5.7 donde dice Potencia mínima nominal del generador de al menos 12,5 kW., en función de los demás parámetros solicitados y del monto del precio referencial que se maneja para este equipo solicitamos a la convocante que permita cotizar equipos con potencia mínima de al menos 2 kW, entonces el ítem quedando de la siguiente manera Potencia mínima nominal del generador de al menos 2 kW.	14-08-2018	17:21:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:21:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 12 COLPOSCOPIO 12. 8.1 Impresora de video color Solicitamos se agreguen los siguientes accesorios: 12. 8.1 Impresora de video color. Video cámara digital con calidad HD, con adaptador para colposcopio. Notebook de al menos 15 pulgadas con Software para la adquisición, edición y almacenamiento de imágenes.-	14-08-2018	17:21:35

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	10:21:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.6.2 donde dice Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 250.000 HU ó mayor.., en función de los demás parámetros solicitados y del monto del precio referencial que se maneja para este equipo solicitamos a la convocante que permita cotizar equipos con menor capacidad de almacenamiento de calor térmico considerando a 45.000 HU un valor razonable, entonces el ítem quedando de la siguiente manera Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 45.000 HU ó mayor..	14-08-2018	17:21:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:22:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 3 BALANZA PARA ADULTOS 3. 4.1 Capacidad en el rango de 0 a 300 kg por lo menos. Solicitamos al Convocante permita la cotización de: 3. 4.1 Capacidad en el rango de 0 a 220 kg por lo menos.	14-08-2018	17:21:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	10:22:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.6.3 donde dice Uno o dos focos entre 0,3 o menor y 1,5 mm., solicitamos mejorar la especificación solicitada limitando el pedido a dos focos, dando mejor cobertura al espectro de radiación que manejaría cada foco y se evitaría desgaste innecesario del tubo como lo es cuando se tiene un solo foco para este tipo de equipos. Por lo expuesto sugerimos a la convocante que modifique la descripción del ítem de la siguiente manera: Dos focos entre 0,6 o menor y 1,6 mm o menor.	14-08-2018	17:22:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:23:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1 ASPIRADOR QUIRÚRGICO Donde dice: 1. 5.3 Díez (10) Picos y sondas de succión descartables.- Solicitamos al Convocante permita la cotización de Aspirador con: 1. 5.3 Díez (10) Picos de succión descartables.- Eliminar las sondas (tubuladuras), pues estas ya se solicitan en el numeral 1.5.1	14-08-2018	17:22:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	10:24:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 16 - ELECTROCARDIOGRAFO Sub ítem 16.4.1.3 Tamaño diagonal de 8 o mas. A fin de permitir mayor participación de oferentes, sin que esto implique una sustancial disminución en la prestación del equipo, solicitamos al Convocante permitir la cotización de Electrocardiógrafos con: Sub ítem 16.4.1.3 Tamaño diagonal de 6,5 o mas. ITEM N° 16 - ELECTROCARDIOGRAFO Sub ítem 16.4.2.3 Detección de por lo menos 100 tipos de arritmia. Respetuosamente pedimos la flexibilización de este requisito. Por lo que solicitamos permitir la cotización de Electrocardiógrafos con: Sub ítem 16.4.2.3 Detección de por lo menos 10 tipos de arritmia.	14-08-2018	17:22:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:38:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 18 - EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED En el numeral dice: 18.4.1 Panel fijo por la pared. Solicitamos la siguiente aclaración ¿ los componentes de este equipo (Esfigmomanómetro y Lámparas de diagnóstico) deben estar sujetos a la pared mediante soporte original de la misma marca que los equipos ofertados? O ¿pueden utilizarse soporte de fabricación nacional?	14-08-2018	17:22:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente podrá presentar soporte de producción nacional.	23-11-2018	10:38:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 18 - EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED El tamaño del reloj es muy pequeño, conforme el numeral 18.4.2.3 Diámetro del manómetro: 56 mm o más. El diámetro mínimo debe ser de 130mm pues es un producto que será colocado por la pared y debe poder visualizarse desde mucha distancia para facilitar la tarea a la enfermeras. Por lo brevemente expuesto, consideramos que este numeral debe solicitarse de la siguiente manera: 17.3.3 Diámetro del manómetro: 130 mm o más	14-08-2018	17:23:11

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	10:39:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 18: EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO DE PARED Sub ítem 18.2.6 Pera insufladora integrada al manómetro, de manera a que ambos formen una solo estructura. Esta descripción corresponde a un Aparato de presión de mano y no corresponde al tipo de pared que se está solicitando. Por lo dicho, consideramos que este numeral debe solicitarse de la siguiente manera: 18.2.6 Pera insufladora conectada al manómetro mediante tubuladura de goma de al menos 3 metros.-	14-08-2018	17:23:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:39:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 18: Equipo de Diagnostico de pared Sub ítem 18.4.5.6. - Mango metálico de acabado antideslizante recargable directo. Se entiende que se solicita un solo mango, por lo que recomendamos solicitar dos mangos, uno para el 18.4.5.1 Otoscopio y otro para el 18.4.5.4 Oftalmoscopio.-	14-08-2018	17:23:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	10:40:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 18: Equipo de Diagnostico de pared Sub ítem 18.4.5.6. - Mango metálico de acabado antideslizante recargable directo. Al decir recargable directo se entiende que este mango debe estar conectado de manera fija a la fuente de energía montada en la pared, conforme lo dice el numeral 18.4.1. Panel fijo por la pared.- Solicitamos al Convocante, aclarar que este mango debe ser conectado de manera fija a la fuente de energía montada en la pared.-	14-08-2018	17:23:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:30:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 38 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 38.5.2 Pedal monopolar para corte y coagulación; y Sub Ítem 4.5.3 Pedal bipolar. Con la descripción de ambos numerales se entiende que deben ser proveídos dos Pedales ¿Se puede cotizar un sólo pedal, que cumpla con ambas funciones ya sea monopolar y/o bipolar, dependiendo esto del modo en que esté siendo utilizado la unidad electroquirúrgica?	14-08-2018	17:24:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:31:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 27: LAMPARA SCIALITICA PORTATIL Sub ítem 27.4.3.1 Libre de sombras a la interposición de cuerpos. Solicitamos a la convocante aclarar se están refiriendo a que debe poseer un sistema de compensación automática de la disminución de la intensidad, para mantener una iluminación constante durante todo el procedimiento quirúrgico. Por lo dicho, consideramos que este numeral debe solicitarse de la siguiente manera: 27.4.3.1 Libre de sombras con sistema de compensación automática de la disminución de la intensidad a la interposición de cuerpos.-	14-08-2018	17:24:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Aclaración: Por definición las lámparas sicalfíticas no deben permitir sombras en el campo quirúrgico.	23-11-2018	11:32:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 31 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Sub Ítem 31.4.1 Monitor Modular Solicitamos permitan la cotización de MONITORES MODULARES O PRECONFIGURADOS.	14-08-2018	17:24:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:33:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 31 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Sub Ítem 31.4.2 PANTALLA DE 15 PULGADAS COMO MINIMO Solicitamos permitan la cotización de con pantalla de 13 pulgadas como mínimo.-	14-08-2018	17:24:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:34:27

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 31 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO En el numeral dice: 31.4.12 Sistema para fijación de cada monitor: Montaje de pared original. Solicitamos la siguiente aclaración ¿pueden utilizarse soporte de fabricación nacional?	14-08-2018	17:25:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:34:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 31: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO En el punto 31.7.6 dice: Para medición de la presión invasiva incluir al menos: Dos cables troncales para transductor y cinco transductores reusables. Cien domos desechables ó Cien kits de transductor desechable, por cada canal. Solicitamos al Convocante que permita ofertar de la siguiente manera: Dos cables troncales para transductor y cinco transductores reusables y/o Cien domos desechables, por cada canal.	14-08-2018	17:25:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:35:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.2. Donde dice Pantalla LCD a colores de 14 cm (5,6 pulgadas) como mínimo. Solicitamos permita ofertar equipos con Pantalla LCD color de 17 x 12,5 cm (5,4 pulgadas) como mínimo.	14-08-2018	17:50:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:35:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Transductores solicitados Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5 a 12Mhz. Cantidad mínima 02 (dos) unidades por cada equipo, considerando el elevado costo de los transductores matriciales y a fin de que haya una mayor participación de oferentes solicitamos diga: Transductor Lineal o Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5 a 12Mhz. Cantidad mínima 02 (dos) unidades por cada equipo	14-08-2018	17:52:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:35:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Pantalla: Tamaño diagonal de 8" o más, solicitamos permita ofertar Electrocardiógrafos con pantalla de 4" o mayor	14-08-2018	17:52:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:36:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Mesa con ruedas y frenos de dimensiones adecuadas al equipo, con al menos un cajon. Cantidad 1, solicitamos diga: Mesa con ruedas y frenos de dimensiones adecuadas, con al menos un cajón y/o canasta porta accesorios. Cantidad:1 (uno)	14-08-2018	17:53:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:36:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Volumen Corriente (ml) Limite inferior 5 o menor Limite superior 3000 o mayor Solicitamos diga: Volumen Corriente (ml) Límite inferior 50 o menor Límite superior 2200 o mayor	14-08-2018	17:53:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:37:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Flujo Inspiratorio (L/min) Limite inferior 6 o menor Límite superior 180 o mayor Solicitamos diga Flujo Inspiratorio (L/min) Limite inferior 6 o menor Límite superior 100 o mayor	14-08-2018	17:54:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:39:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Presión Inspiratoria (cmH2O) Límite inferior 5 o menor Limite superior 70 o mayor Solicitamos diga Presión Inspiratoria (cmH2O) Límite inferior 5 o menor Limite superior 60 o mayor	14-08-2018	17:54:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:39:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Presión Inspiratoria (cmH2O) Límite inferior 5 o menor Limite superior 70 o mayor Solicitamos diga Presión Inspiratoria (cmH2O) Límite inferior 5 o menor Limite superior 60 o mayor	14-08-2018	17:55:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:39:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Tiempo inspiratorio (seg) Limite inferior 1 o memor Limite superior 9 o mayor solicitamos diga Tiempo inspiratorio (seg) Limite inferior 1 o memor Limite superior 3 o mayor	14-08-2018	17:55:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:40:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: PEEP/CPAP (cmH2O) Limite inferior 0 o apagado Limite superior 40 o mayor solicitamos diga PEEP/CPAP (cmH2O) Limite inferior 0 o apagado Limite superior 30 o mayor	14-08-2018	17:56:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:41:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que el equipo contará con medición de SpO2 y marcapaso, solicitamos se puedan cotizar equipos con batería de 2.5 horas de monitoreo continuo y 20 descargas a energía full.	14-08-2018	18:00:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:41:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.4.1: Se podrán ofertar equipos con impresora térmica incorporada y con posibilidad de conexión plug and play mediante puerto USB con impresoras a chorro de tinta y láser (OPCIONAL)	14-08-2018	18:02:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:41:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 5.4: Solicitamos puedan ser cotizados equipos con autonomía de batería de 30 ECG o 30 minutos de registro del ritmo	14-08-2018	18:03:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:42:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 9.3 Donde dice: Detección de mezclas de agentes anestésicos con despliegue de las concentraciones de los agentes mezclados, sugerimos sea modificado a: Detección de mezclas de gases con despliegue de las concentraciones de los gases mezclados, esta solicitud obedece a que solo puede ser utilizado un gas anestésico por vez, pero si se pueden medir las mezclas de gases como O2, N2O, un agente anestésico, etc.	14-08-2018	18:04:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:42:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Punto 11.9.3: Solicitamos se puedan ofertar un cable interfase reusables y 150 kits de transductores descartables? La tecnología de transductores reusables es una tecnología obsoleta por el muy alto costo y por el riesgo de infección de pacientes.	14-08-2018	18:07:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:42:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.7 Donde dice: Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente, solicitamos se puedan cotizar monitores con 8 curvas fisiológicas, pero con despliegue en pantalla de las 12 curvas de ECG.	14-08-2018	18:08:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:43:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.15: La visualización via remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica solo puede realizarse si el monitor se encuentra conectado a una central de monitoreo, por lo que solicitamos se considere este punto como OPCIONAL.	14-08-2018	18:08:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita que el equipo posea la capacidad de visualización remota, no es exigencia la presentación del sistema de monitoreo en si.	23-11-2018	11:43:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.17: Se podrán ofertar equipos con conexión a fuente externa de alimentación tipo UPS	14-08-2018	18:09:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:43:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Volumen Corriente (ml) - Limite inferior 5 o menor - Limite superior 3000 o mayor Solicitamos se permita ofertar Ventiladores con los siguientes valores de Volumen Corriente (ml) - Límite inferior 50 o menor - Límite superior 2500 o mayor.	14-08-2018	18:13:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:44:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Tiempo de uso mínimo de 4(cuatro) horas o más. Se podrán incluir baterías externas para alcanzar el tiempo mínimo. Si el equipo necesita batería externa para alcanzar el mínimo solicitado, se deberá incluir estuche para traslado del ventilador con las baterías como un conjunto. Solicitamos permita ofertar ventiladores con tiempo de uso con batería de 3 horas o más.	14-08-2018	18:15:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:44:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Capacidad de almacenamiento en disco rígido(HDD) de al menos TB. Solicitamos disminuir a 500GB para mayor participación a oferentes	14-08-2018	18:17:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:45:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El equipo deberá poder aceptar transductores matriciales de al menos 1000 elementos. Consideramos que teniendo en cuenta los demás parámetros solicitados en un rango mínimo, como rango dinámico, canales de procesamiento en especial y la frecuencia de los transductores, este punto se ha puesto solamente a modo de ser eliminatorio para varias marcas, sugerimos eliminarla para participación de mas oferentes ya que sabemos que al tener transductores matriciales necesitamos un rango de canales de procesamiento muy superior al solicitado.	14-08-2018	18:19:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:45:29
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Transductor lineal matricial de 5 a 12 Mhz – 2 por equipo Solicitamos la exclusion de la denominacion matricial, ya que esto encareceria de gran manera el costo del equipo ofertado, considerando que piden 2 unidades, tambien solicitamos aceptar con rangos de frecuencia inferior de 3MHz hasta 16 MHz o mejor a modo de optimizar la visualizacion de tejidos.	14-08-2018	18:21:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:45:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección VII. Anexo N° 1, inciso: F) Cualquier otro documento adicional requerido; Numeral 6.- Con todo respeto, solicitamos al Convocante modificar y mejorar este numeral 6, de tal forma a que quede redactada como sigue: Las planillas de especificaciones técnicas deberán ser completadas con SI o NO en la columna CUMPLE, indicando claramente los parámetros del equipo ofertado en la columna PARAMETROS, y el Nro. De Folio en la columna FOLIO. Esta columna es de suma importancia pues en ella se indica la página del catálogo, manual de usuario o servicio del fabricante en donde se encuentra el parámetro que está siendo analizado. Estos parámetros deberán ser resaltados e indicados claramente de manera a que se pueda comprobar todas las especificaciones técnicas requeridas. Las planillas de especificaciones técnicas así como los catálogos y/o manuales en donde las mismas puedan ser comprobadas, deberán presentarse en formato impreso y formato digital (PDFs en CD) en su totalidad, dicho requisito es sustancial para la verificación de las especificaciones técnicas y la adjudicación/descalificación del o de los equipos. Esta forma de presentación fue utilizada en anteriores licitaciones del I.P.S., por lo que consideramos que debe seguir siendo utilizada porque es muy completa y permite al Convocante contar con información fidedigna (comprobada en catálogo y/o manual) de la oferta del equipo que se está evaluando. Consideramos conveniente mencionar que en ocasiones anteriores, en las que no se solicitaba de esta manera, muchos oferentes presentaban sus Planillas de especificaciones técnicas, mencionando únicamente la palabra CUMPLE, obviando la descripción de sus parámetros reales, por lo que arrojaba un manto de duda acerca del cumplimiento de las especificaciones técnicas. En resumen, creemos que con esta forma, el I.P.S. estará asegurándose la correcta evaluación de las ofertas recibidas.	16-08-2018	08:08:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:46:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podrían especificar si la unidad debe contar con al menos 3 filtros digitales u ópticos integrados, que permitan entre otras cosas: 1) posibilitar unificar la iluminación de la cavidad, 2) permitir al usuario distinguir con claridad la transición entre los distintos tipos de tejidos, 3) permitir una mejor distinción de las estructuras rojas más pequeñas como vasos y mucosa. Reiteramos esta consulta, considerando la importancia de estos parámetros, en cuanto a las tecnologías FULL HD actuales.	16-08-2018	08:24:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:46:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cabezal de cámara con tres chips CCD de 1/3", 1920 x 1080 pixeles (full HD) o mayor, con zoom óptico parfocal. ¿Podrían especificar si es necesario que el cabezal de cámara cuente con el grado de protección del tipo Cardiac Flowing Desfibrilación Proof, de acuerdo a la norma IEC 60601-2-18. Este grado de protección es fundamental, tanto para proteger al equipo, como a usuarios y pacientes, para evitar descargas eléctricas en los mismos? Este grado de protección es sumamente importante para este tipo de equipo.	16-08-2018	08:27:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:47:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.4 Cabezal de cámara con tres chips CCD de 1/3", 1920 x 1080 píxeles (Full HD) o mayor, con zoom óptico parfocal. ¿Podrían especificar si la resolución 1920 x 1080 píxeles debe ser en escaneo progresivo? El tipo de escaneo es fundamental, considerando que sólo el escaneo progresivo es el que nos da una imagen FULL HD real contra el escaneo entrelazado.	16-08-2018	08:30:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:48:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.5 Grabador/Reproductor de DVD con cables de conexión. ¿Solicitamos poder ofertar en forma opcional un módulo de grabación con capacidad para almacenar fotos y videos en calidad Full HD en memoria USB, con al menos 2 puertos USB?.	16-08-2018	08:31:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:49:19

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4 Fuente de luz No se observa la potencia mínima que debe poseer la fuente de luz cotizada. ¿Se puede cotizar una fuente de luz Xenón, halógena o LED de 175watts o mayor? La potencia es un dato fundamental siendo la apropiada de 175 W o mayor	16-08-2018	08:32:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:49:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la sección III, Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas, en el punto 4, Características. En el punto 4.1.5 solicitan Cajones, al menos dos Solicitamos que: La Convocante permita la participación a oferentes que cuentan con un solo cajón o modifique el punto destacado anteriormente por Cajones, al menos uno de modo a dar participación a mas oferentes y no encarecer de sobremanera el precio final de la oferta.	16-08-2018	08:35:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:50:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la sección III, Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas, en el punto 4.3, Circuito de Paciente. En el punto 4.3.1 solicitan Canister de un solo recipiente reutilizable y esterilizable con capacidad dentro del rango de 700 g y 1000 g. Solicitamos que: La Convocante permita la participación a oferentes que cuentan con canister incluso con un volumen mayor al solicitado; de esta manera se puede ofrecer mejor y mayor comodidad a los usuarios al tener mayor capacidad. Solicitamos se modifique el punto destacado anteriormente por Canister de un solo recipiente reutilizable y esterilizable con capacidad mínima de 700 g de modo a dar participación a más oferentes.	16-08-2018	08:35:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:50:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4 Fuente de luz, solicitan Xenón, halógena o LED. Solicitamos excluir las fuentes de luz con tecnología halógena considerando que la cámara solicitada es FULL HD y la fuente de luz halógena provee una luz caliente amarilla, no apropiada para las tecnologías HD.	16-08-2018	08:35:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:50:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la sección III, Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas, en el punto 4.3, Circuito de Paciente. En el punto 4.3.4 solicitan Partes en contacto con el gas desmontable sin necesidad de herramientas, esterilizables en autoclave. Solicitamos que: La Convocante permita la participación a oferentes que cuentan con equipos los cuales las partes en contacto con el gas son desmontables utilizando una sola herramienta o modifique el punto destacado anteriormente por Partes en contacto con el gas desmontable sin necesidad de herramientas o de una sola proveída por el oferente, esterilizables en autoclave. de modo a dar participación a mas oferentes. Este punto solo lo puede cumplir una marca es específica.	16-08-2018	08:36:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, se aclara que esta sugerencia se realiza teniendo en cuenta que las partes en contacto con el gas deben tener la posibilidad de ser desmontables por los usuarios idoneo o experto médico como insumos, sin necesidad de herramientas antes, durante y después de la cirugía, evitando la necesidad de asistencia técnica en todo momento por parte del Servicio Técnico.	23-11-2018	11:52:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la sección III, Requisitos de los Bienes. En el apartado Especificaciones Técnicas, en el punto 4.6, Colchón. En el punto 4.6.5 solicitan Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionados eléctricamente, de al menos $\pm 10^\circ$. Solicitamos que: La Convocante permita la participación a oferentes que no cuentan con accionamiento eléctrico ya que el mismo aumenta los niveles de dB o considere cambiar el punto destacado anteriormente por Movimientos de Trendelemburg directo e inverso o continuo sin escalamiento, de al menos $\pm 10^\circ$. de modo a dar participación a mas oferentes de marcas de equipos conocidos por la institución.	16-08-2018	08:36:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:52:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.10 Velocidad del obturador: 1/100 a 1/50.000 o mayor rango. Solicitamos se pueda ofrecer con velocidad de obturador automático.	16-08-2018	08:36:47

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:52:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la sección III, Requisitos de los Bienes. En el apartado Especificaciones Técnicas, en el punto 3, Normativas. En el punto 2.2 solicitan Flujo Inspiratorio (L/min). Límite inferior 6 o menor. Límite superior 180 o mayor. Solicitamos que: La Convocante permita la participación a oferentes que cuentan con un Flujo inspiratorio máximo de 100 L/m o considere cambiar el punto destacado anteriormente por Flujo Inspiratorio (L/min). Límite superior 100 o mayor. De modo a dar participación a mas oferentes de marcas de equipos conocidos por la institución.	16-08-2018	08:37:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:53:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.11 Zoom electrónico ¿Se puede cotizar con zoom óptico parfocal y/o zoom electrónico?	16-08-2018	08:37:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	11:53:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la sección III, Requisitos de los Bienes. En el apartado Especificaciones Técnicas, en el punto 3, Normativas. En el punto 2.3 solicitan Presión Inspiratoria (cm H2O). Límite inferior 5 o menor. Límite superior 70 o mayor. Solicitamos que: La Convocante permita la participación a oferentes que cuentan con una Presión Inspiratoria máxima de 55 cmH2O o considere cambiar el punto destacado anteriormente por Presión Inspiratoria (cm H2O). Límite inferior 5 o menor. Límite superior 55 o mayor. De modo a dar participación a mas oferentes de marcas.	16-08-2018	08:37:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:54:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.6 Unidad electroquirúrgica Se puede cotizar con los siguientes datos técnicos, considerando que no especifican los mismos: Equipo Monopolar y Bipolar para todas las aplicaciones quirúrgicas. Pantalla táctil de al menos 6" Potencia nominal de alta frecuencia: - Potencia máxima monopolar: 400 watts. - Potencia máxima bipolar: 200Watts Grado de coagulación (efecto) preseleccionable a varios niveles: el grado de coagulación es la medida para la extensión de la profundidad de coagulación Función autostart: regulación manual del periodo de funcionamiento en el sector de la coagulación bipolar Corte regulado por tensión Función autostart en coagulación bipolar: activación automática de la corriente de coagulación, cuando el electrodo de coagulación toca el tejido con ambas ramas Las conexiones modulares para utilización unipolar y bipolar son seleccionables según las necesidades individuales Accesorios: 1 Interruptor de doble pedal, 100 placas neutras de un solo uso, 1 cable reutilizable para placas neutras, 1 mango con dos pulsadores, 1 cable para uso con el mango, Al menos 10 punteras reutilizables para uso con el mango, 1 contenedor para las punteras.	16-08-2018	08:37:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:54:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la sección III, Requisitos de los Bienes. En el apartado Especificaciones Técnicas, en el punto 3, Normativas. En el punto 2.4 solicitan Frecuencia Respiratoria (rpm). Límite inferior 5 o menor. Límite superior 120 o mayor. Solicitamos que: La Convocante permita la participación a oferentes que cuentan con una Frecuencia Respiratoria máxima de 50 rpm o considere cambiar el punto destacado anteriormente por Frecuencia Respiratoria (rpm). Límite inferior 5 o menor. Límite superior 50 o mayor. De modo a dar participación a mas oferentes de marcas de equipos conocidos por la institución.	16-08-2018	08:37:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:54:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la sección III, Requisitos de los Bienes. En el apartado Especificaciones Técnicas, en el punto 3, Normativas. En el punto 2.7 solicitan PEEP/CPAP (cm H2O). Límite inferior 0 o apagado. Límite superior 40 o mayor. Solicitamos que: La Convocante permita la participación a oferentes que cuentan con un PEEP/CPAP máximo de 20 cmH2O o considere cambiar el punto destacado anteriormente por PEEP/CPAP (cm H2O). Límite inferior 0 o apagado. Límite superior 20 o mayor. De modo a dar participación a mas oferentes de marcas de equipos conocidos por la institución.	16-08-2018	08:38:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:55:14
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la sección III, Requisitos de los Bienes. En el apartado Especificaciones Técnicas, en el punto 3, Modos Ventilatorios. En el punto 3.2 solicitan Ventilación Asistida/Controlada, controlada por presión. Solicitamos que: La Convocante permita la participación a oferentes que no cuentan con este modo ventilatorio, ya que no es una opción indispensable para el equipo, teniendo en cuenta que el mismo es un equipo de transporte, o considere cambiar el punto destacado anteriormente por Ventilación Asistida/Controlada, controlada por presión. (OPCIONAL) De modo a dar participación a mas oferentes de marcas de equipos conocidos por la institución.		16-08-2018	08:39:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.		23-11-2018	11:55:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Sub Ítem 6.3.2. - Normas de calidad generales: ISO 13485 Solicitamos sea opcional este sub ítem, en el caso que el Oferente cotice una camilla de procedencia nacional, teniendo en cuenta que en el sub ítem anterior, el 6.3.1. ya se solicita Registro de marca de fabricación nacional certificado por el MIC.		16-08-2018	09:21:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.		23-11-2018	11:55:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Sub Ítem 7.4.1. - Que soporte un peso de 240 kg como mínimo Solicitamos permitan la cotización de: Que soporte un peso de 200 kg como mínimo, para posibilitar mayor participación de oferentes.		16-08-2018	09:21:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.		23-11-2018	11:57:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Sub Ítem 7.4.1.1. - Trendelenburg de 20° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática Solicitamos permitan la cotización de: Trendelenburg de 12° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática, para posibilitar mayor participación de oferentes.		16-08-2018	09:21:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.		23-11-2018	11:57:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Sub Ítem 8.3.1. - Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas Sub Ítem 8.3.2. - Normas de calidad generales: ISO 13485 Solicitamos permitan la cotización de: Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar mayor participación de oferentes.		16-08-2018	09:22:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.		23-11-2018	11:57:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Sub Ítem 8.4.2. - Mesa de 3 secciones ajustables eléctricamente. Sugerimos reemplazar el término de ajustables eléctricamente a ajustables en forma manual, teniendo en cuenta que el precio referencial corresponde a una camilla nacional y no importada.		16-08-2018	09:22:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.		23-11-2018	11:58:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Sub Ítem 8.4.11. - Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la Solicitamos eliminar este sub ítem, ya que se trata de una camilla ginecológica con ajustes manuales y no eléctricos, además del precio referencial correspondiente a una camilla nacional y no importada.		16-08-2018	09:23:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.		23-11-2018	11:58:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Sub Ítem 9.3.2. - Cintas para fijar al paciente con cierres magnéticos en al menos tres diferentes posiciones Solicitamos permitan la cotización de: Cintas para fijar al paciente con cierres magnéticos o cierres tipo velcro, en al menos tres diferentes posiciones, para posibilitar mayor participación de oferentes.		16-08-2018	09:23:29

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	11:59:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 9.3.9. - Soporte de rodilla de anchura ajustable, almohadillas acolchadas ajustables, libres de transparente, impermeable a los fluidos corporales, y fáciles de limpieza con paño Solicitamos permitan la cotización de este sub ítem como Opcional, para posibilitar mayor participación de oferentes. Y considerar como alternativa la cotización de una mesa removible en polietileno regulable en altura para A.V.D., accesorio propio de la Camilla Orto estática.	16-08-2018	09:23:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	12:00:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 13.5.3. - Parches descartables para DEA, 6 (seis) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo Sub Ítem 13.5.5. – Electrodo autoadheribles descartables para marcapaso, 12 (doce) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables de conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo. Solicitamos unificar estos sub ítems ya que se tratan del mismo producto, un parche o electrodo descartable se utiliza tanto para desfibrilación como para marcapaso. De modo a no duplicar cantidades y solicitar lo necesario. Se sugiere solicitar 12 pares o kits.	16-08-2018	09:24:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	12:00:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 22.3.3. - 20 (veinte) o más programas de tratamientos preestablecidos. Solicitamos permitan la cotización de: 12 (doce) como mínimo programas de tratamientos preestablecidos, para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:25:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	12:00:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 22.3.4. - Al menos 100 memorias para almacenar programas establecidos por el usuario Solicitamos permitan la cotización de: Al menos 100 memorias para almacenar programas establecidos por el usuario (opcional), para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:26:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	12:01:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 22.2.3. - Protección contra cortocircuito Solicitamos permitan la cotización de: Tipo de Protección frente a descargas eléctricas Clase I, Grado de protección frente a descargas eléctricas Tipo BF, para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:26:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	12:02:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 22.3.2. - Teclado o pantalla táctil que permite programar las diversas opciones terapéuticas mediante un menú. Solicitamos permitan la cotización de: Teclado de membrana o pantalla LCD que permite programar las diversas opciones terapéuticas mediante un menú, para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:26:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	12:02:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 22.4.1. - Accesorios 2 (dos) de aplicadores solenoides y 4 (cuatro) electrodos planos o discos. Solicitamos permitan la cotización de: Accesorios 2 (dos) de aplicadores solenoides/túnel y 2 (dos) electrodos planos o discos, para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:26:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	12:03:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 23.4.6. - Resolución de conversor AD: 12 bits o mayor Solicitamos supriman este sub ítem ya que corresponde a propiedad de un Equipo Holter, en su defecto permitan cotizar: Resolución en volumen (ml) < 6 como mínimo, propiedad de un Equipo Espirómetro.	16-08-2018	09:26:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	12:03:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Movimiento vertical motorizado de 45 cm o más. Solicitamos modificar este punto a: Movimiento vertical motorizado de 42 cm o más, ya que este es un parámetro suficiente para brindar versatilidad en el uso del equipo. Además, el movimiento vertical depende mucho de la altura del equipo, siendo este el punto del cual el equipo dará el movimiento y esa altura depende de cada fabricante, por otro lado, las camillas quirúrgicas son de altura regulable, lo que contribuye a tener flexibilidad en el posicionamiento óptimo del Arco en C.	16-08-2018	09:27:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	12:06:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 28.3.1. - Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas Solicitamos permitan la cotización de: Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:27:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	12:07:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 29.4.1. - Receptáculo de porcelana con rosca tipo E26 o E27 para utilizar con lámpara de 220 VAC/ 250W color rojo de uso terapéutico. Solicitamos permitan la cotización de: Receptáculo de porcelana con rosca tipo E26 o E27 para utilizar con lámpara de 220 VAC/150W color rojo de uso terapéutico, para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:27:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	12:08:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 29.4.5. - lámparas de 220V/250 W de repuesto para el equipo Solicitamos permitan la cotización de: lámparas de 220V/150W de repuesto para el equipo, para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:27:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	12:08:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 32.3.1. - Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas Solicitamos permitan la cotización de: Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:27:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	12:09:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 32.4.1. - Sistema de iluminación por LED Solicitamos permitan la cotización de: Sistema de iluminación por tubos fluorescentes, para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:27:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	12:10:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Sub Ítem 32.4.2. - Ancho de 5 cm como máximo Solicitamos permitan la cotización de: Ancho del tubo fluorescente 5 cm como máximo, para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:28:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	12:10:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 32.4.3. - Luminancia de 2000 cd/m2 o mayor Solicitamos considerar como opcional este sub ítem ya que la descripción corresponde a característica de una lámpara scialitica, para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:29:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	12:12:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Tiempo de exposición: de 0,003s o menos a 4s o más. Solicitamos aclaración de este parámetro: el tiempo de exposición en fluoroscopia depende de varios factores y la mayoría de los equipos están preparados para operar según régimen de pulsos (30, 10, 5 cuadros por segundo). Entendemos que se quiso hacer referencia a la anchura del pulso en fluoroscopia pulsada. Si es así solicitamos modificar a Rango de ancho del pulso en fluoroscopia pulsada: de 0,007s o menos a 4s o más, atendiendo a que el parámetro sugerido implica una modificación mínima, que no afecta a la calidad del estudio realizado.	16-08-2018	09:29:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	12:13:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 32.4.6. - Temperatura de color: Mayor a 6500 K Solicitamos considerar como opcional este sub ítem ya que la descripción corresponde a característica de una lámpara scialitica, para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:29:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	12:14:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 34.3.1. - Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas Solicitamos permitan la cotización de: Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:29:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	12:14:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 34.5.1. - Cajón para almacenamiento y mesa de trabajo Solicitamos permitan la cotización de: Cajón para almacenamiento y mesa de trabajo (opcional), para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:29:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones y adendas correspondientes, el oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas.	23-11-2018	12:15:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice: Potencia mínima nominal del generador 12,5 kW o mayor. Solicitamos modificar este parámetro a: Potencia mínima nominal del generador 2.5 kW o mayor. El valor de la potencia del arco en C no debería ser un parámetro de por sí determinante para garantizar el buen desempeño del equipo, sino el rango de valores de exposición disponibles. Existen equipos con potencia de 2kW que pueden llegar a los valores de exposición solicitados en las especificaciones, por lo que consideramos que el valor de 12.5 kW solicitado solo limita la cantidad de oferentes que pueden participar, además del encarecimiento del costo del equipo y su consumo de energía, sin que esto limite el tipo de pacientes que se puedan examinar.	16-08-2018	09:29:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	12:18:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 35.4.3. - Respaldo ajustable en la altura Solicitamos permitan la cotización de: Respaldo ajustable en la altura o Respaldo Fijo, para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:29:58

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	12:19:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 35.4.11.4. - Con aro de propulsión de acero cromado Solicitamos permitan la cotización de: Con aro de propulsión de acero cromado, o polipropileno de alto impacto, para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:30:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	12:19:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Ítem 35.4.12.1. - Dos ruedas delanteras pivotantes metálicas de al menos 150 mm Solicitamos permitan la cotización de: Dos ruedas delanteras pivotantes metálicas o polipropileno de alto impacto de al menos 150 mm, para posibilitar mayor participación de oferentes.	16-08-2018	09:30:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	12:19:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Rango de mAs: de 1 mAs o menos a 200 mAs o mayor. Solicitamos modificar el parámetro a: Rango de mAs: 0.2 a 160 mAs o mayor, siendo este un parámetro que cumple con el rango de dosis suficiente para todo tipo de paciente y estudios, utilizado normalmente para imágenes radiográficas en el quirófano.	16-08-2018	09:31:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	12:20:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 250.000 HU ó mayor. Sugerimos modificar este punto a: Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 100.000 HU ó mayor, ya que este no es un parámetro determinante que defina su productividad. Este valor debería ser evaluado en conjunto con el calor generado por el tubo y la capacidad de disiparlo. El valor sugerido es suficiente para permitir un buen tiempo máximo de escopía y permitirá la participación de un mayor número de oferentes.	16-08-2018	09:32:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	12:20:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Respecto del Punto 4.13 Características: El equipo deberá poder aceptar transductores matriciales de al menos 1000 elementos. CONSULTA: ¿ Podría aceptar transductores matriciales con al menos 500 elementos, y llegar a futuro a 1000 elementos? De esta forma dar oportunidad a mas cantidad de oferentes.	16-08-2018	09:38:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 20.	23-11-2018	12:21:05

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: CODEX S.R.L. - RUC: 80000173-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508001192	Póliza	Cenit S.A. de Seguros	28-11-2018	30-11-2018	12-06-2019
Oferente: G T SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 10
28.1508.003664.0000	Póliza	Aseguradora Yacyreta S.A.	30-11-2018	03-12-2018	01-07-2019

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: G T SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6					
			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 10
Oferente: V & V S.A - RUC: 80038216-1					
			Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 11
1508002124	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	30-11-2018	30-11-2018	18-06-2019
Oferente: CHACO INTERNACIONAL SA - RUC: 80026564-5					
			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 12
1508009217	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A.	09-07-2018	19-07-2018	25-01-2019
1508009217	Endoso de Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A.	22-08-2018	23-08-2018	01-03-2019
1508009217	Endoso de Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A.	30-08-2018	03-09-2018	12-03-2019
1508009217	Endoso de Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A.	30-11-2018	30-11-2018	08-06-2019
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7					
			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 13
28.1508.003666.0000	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	30-11-2018	30-11-2018	08-06-2019
Oferente: B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - RUC: 80012330-1					
			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 14
1508002383	Póliza	SEGUROS GENERALES S.A - SEGESA	30-11-2018	03-12-2018	01-07-2019
Oferente: DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - RUC: 80013820-1					
			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 15
1508009513	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS	30-11-2018	30-11-2018	18-06-2019

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 16
007.1508.043741.000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	07-11-2018	14-11-2018	12-06-2019
001.002	Endoso de Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	30-11-2018	03-12-2018	01-07-2019
Oferente: LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508015265	Póliza	ASEPASA	30-11-2018	30-11-2018	08-06-2019
Oferente: ANDRES H. ARCE SA - RUC: 80023488-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508010809	Póliza	GENERAL SEGUROS	29-11-2018	30-11-2018	28-06-2019
Oferente: VIPAL SA - RUC: 80019247-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
007.1508.044093.000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	30-11-2018	03-12-2018	11-06-2019
Oferente: CASA BOLLER S.A. - RUC: 80001556-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508011043	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A CIA. DE SEGUROS GENERALES	28-11-2018	30-11-2018	15-06-2019
Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6
1508015269	Póliza	Asepasa	30-11-2018	30-11-2018	18-06-2019
Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7
1508015241	Póliza	Aseguradora Paraguaya S.A.	29-11-2018	30-11-2018	28-06-2019

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: SUMJIRO TAKAOKA TAKAOKA - RUC: 990840-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 8
2-1508-5289-000	Póliza	LA RURAL S.A. DE SEGUROS	30-11-2018	30-11-2018	28-06-2019
Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 9		
1508001341	Póliza	Regional S.A de Seguros	30-11-2018	30-11-2018	18-06-2019

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42295123-002	ASPIRADOR QUIRÚRGICO					17
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	ASPIRADOR QUIRURGICO	20.459.920	347.818.640
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	CAMI	CA-MI S.R.L	HOSPIVAC 350 FS 5	ITALIA	ASPIRADOR QUIRURGICO	20.450.000	347.650.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42281508-001	AUTOCLAVE ODONTOLOGICO					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	RUNYES	NINGBO RUNYES MEDICAL INSTRUMENT CO LTDA.	SEA	CHINA	AUTOCLAVE ODONTOLOGICO	35.000.000	70.000.000
V & V S.A - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	AUTOCLAVE ODONTOLOGICO	9.503.010	19.006.020
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	PHOENIX	PHOENIX LTDA	N/A	BRASIL	N/A	23.017.200	46.034.400

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	41111508-001	BALANZA CON ALTÍMETRO DIGITAL					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	BALANZA CON ALTIMETRO DIGITAL	2.518.400	12.592.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	49201503-001	BICICLETA ESTATICA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	BICICLETA ESTATICA	13.534.000	13.534.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	42191807-002	CAMA DE INTERNACION					37
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Saikang Medical	Saikang Medical	SK015	China		13.417.219	496.437.103
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	CHINA	CHINA	CAMA DE INTERNACION	16.212.000	599.844.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	42192207-005	CAMILLA FIJA					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	MediMueble	MediMueble	Camilla recta 2018	Paraguay		2.775.758	27.757.580
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	CAMILLA FIJA	2.426.400	24.264.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	42192207-9999	CAMILLA DE TRASLADO					14
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Saikang Medical	Saikang Medical	SKB041-2	China		18.393.902	257.514.628
ALBATROS SACI - 80002766-3	Advanced	Advanced Instrumentarions Inc.	ST-2000	USA	Camilla de Traslado	30.000.000	420.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	CAMILLA DE TRASLADO	27.540.000	385.560.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	LINET	LINET spol. s.p.o.	SPRINT 100	REPUBLICA CHECA	CAMILLA DE TRASLADO	27.500.000	385.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	42182901-001	CAMILLA GINECOLOGICA					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	CAMILLA GINECOLOGICA	3.326.000	6.652.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	42251805-9999	CAMILLA ORTOSTÁTICA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	CAMILLA ORTOSTATICA	19.140.000	19.140.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	41103502-001	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	132.143.150	132.143.150

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	VECOFLOW	VECOFLOW LTDA	N/A	BRASIL	N/A	90.084.000	90.084.000
-------------------------------------	----------	---------------	-----	--------	-----	------------	------------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	49201603-001	CINTA CAMINADORA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	CINTA CAMINADORA	13.285.440	13.285.440

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	42182003-001	COLPOSCOPIO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	COLPOSCOPIO	89.400.000	89.400.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON-ALEMANIA	COLPOSCOPIO	110.000.000	110.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	42172101-001	DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO					9
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Nihon Kohden	Nihon Kohden	TEC-5631E	Japon		61.940.857	557.467.713
ALBATROS SACI - 80002766-3	Instramed / Cardinal	Industria Médico Hospitalar Ltda. / Cardinal Industria y Comercio Ltda.	Cardiomax	Brasil	Desfibrilador con carro de paro	84.000.000	756.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO	72.780.000	655.020.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	EFFICIA DFM100	CHINA	DESFRIBILADOR CON CARRO	75.000.000	675.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	SHENZHEN MINDRAY BIOMECIAL ELECTRONICS CO., LTD.	BENEHEART D3	CHINA	DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO	62.500.000	562.500.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
14	42201702-001	DETECTOR DFETAL					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Choicemmed	Choicemmed	MD800C34	China		1.568.123	3.136.246
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	DETECTOR FETAL	2.796.000	5.592.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	EDAN	EDAN INSTRUMENTS INC.	SONOTRAX II	CHINA	DETECTOR FETAL	2.800.000	5.600.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	42201718-001	ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPOSITO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPOSITO	610.000.000	610.000.000

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	AFFINITY 70	U.S.A.	ECOGRAFO MULTIFUNCIONAL	650.000.000	650.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	LOGIQ P9	COREA	ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPOSITO	600.000.000	600.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	42181716-001	ELECTROCARDIOGRAFO					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VIPAL SA - 80019247-8	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	MAC 2000	ESTADOS UNIDOS	ELECTROCARDIOGRAFO	41.695.800	125.087.400
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	BIOLIGHT	BIOLIGHT	E65	China	ELECTROCARDIOGRAFO	50.000.000	150.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	SpaceLabs	SpaceLabs	no aplica	USA	Electrocardiografo	68.845.920	206.537.760
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	ELECTROCARDIOGRAFO	19.480.000	58.440.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	EDAN	EDAN INSTRUMENTS INC.	SE 1200 EXPRESS	CHINA	ELECTROCARDIOGRAFO	19.500.000	58.500.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
17	42141805-003	ELECTROESTIMULADOR TENS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	ELECTROESTIMULADOR TENS	4.820.000	4.820.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
18	42182005-9999	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED					7
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED	7.415.200	51.906.400

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
19	42251623-006	EQUIPO DE ONDAS CORTAS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	EQUIPO DE ONDAS CORTAS	12.974.000	12.974.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
20	41111808-004	EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SG Healthcare	SG Healthcare	Garion	Corea		439.344.799	439.344.799
VIPAL SA - 80019247-8	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	9900	ESTADOS UNIDOS	EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	1.320.342.938	1.320.342.938
EDUARDO ELIZACHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Cios Select	Alemania	Equipo de rayos X arco en C - Fijo	498.000.000	498.000.000
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA - 990840-4	SHIMADZU	SHIMADZU	OPESCOPE ACTENO	JAPON	EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	620.000.000	620.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	BV VECTRA	INDIA	EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	650.000.000	650.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	BMI	BMI BIOMEDICAL	BCA PLUS	ITALIA	EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	600.000.000	600.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
21	42152008-9999	EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	GNATUS	ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICOS ODONTOLOGI	TIMEX 70 E	BRASIL	EQUIPOS RAYOS X ODONTOLOGICO	18.000.000	36.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
22	42251623-005	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	17.976.000	17.976.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
23	42271602-001	ESPIROMETRO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	CareFusion	CareFusion	ML3500	Reino Unido		25.071.943	25.071.943
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	ESPIROMETRO	27.150.000	27.150.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
24	41104506-002	ESTUFA DE ESTERILIZACION					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	ESTUFA DE ESTERILIZACION	5.880.000	11.760.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
25	42271714-001	INCUBADORA					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VIPAL SA - 80019247-8	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	GIRAFFE INCUBATOR	ESTADOS UNIDOS	INCUBADORA	226.389.205	452.778.410
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	INCUBADORA	91.479.900	182.959.800
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	MEDIX	NATUS	NATAL CARE LX	ARGENTINA	INCUBADORA DE TERAPIA INTENSIVA	104.000.000	208.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
26	42192204-001	INCUBADORA DE TRANSPORTE					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	INCUBADORA DE TRANSPORTE	68.528.000	137.056.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	MEDIX	NATUS	TR-306	ARGENTINA	INCUBADORA DE TRANSPORTE	96.000.000	192.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	OLIDEF	OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARE LTDA.	RWT-PLUS	BRASIL	INCUBADORA DE TRANSPORTE	69.000.000	138.000.000
-----------------------------	--------	---	----------	--------	--------------------------	------------	-------------

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
27	39101602-003	LAMPARA SCIALÍTICA PORTÁTIL					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Trilux	Trilux Medical GmbH & Co. KG.	Aurinio Wave	Alemania	Lámpara scialítica portátil	90.000.000	180.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	SIMEON MEDICAL	SIMEON MEDICAL GmbH & Co. KG.	No Aplica	Alemania	Lampara scialiticas de pie	70.000.000	140.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	LAMPARA SCIALITICA PORTATIL	48.385.000	96.770.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MEDILAND	MEDILAND ENTERPRISE CORPORATIO	SLIM LED	CHINA	LAMPARA SCIALITICA PORTATIL	48.500.000	97.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
28	42182601-001	LAMPARA CUELLO DE CISNE					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	LAMPARA CUELLO CISNE	957.000	5.742.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
29	42251623-002	LAMPARA INFRARROJA					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	LAMPARA INFRARROJA	2.436.285	4.872.570

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
30	42272504-007	MAQUINA DE ANESTESIA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VIPAL SA - 80019247-8	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	AVANCE CS2	ESTADOS UNIDOS	MAQUINA DE ANESTESIA	539.039.588	539.039.588
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	DRAGER	DRAGER	PRIMUS	ALEMANIA	MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD	480.000.000	480.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	AEONMED	BEIJING AEONMED CO., LTD	2018	CHINA	MAQUINA DE ANESTESIA	459.574.335	459.574.335
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	PENLON / PHILIPS	PENLON / PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	PRIMA 450 / MX 500	INGLATERRA / ALEMANIA	MAQUINA DE ANESTESIA C/MONITOR	460.000.000	460.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	SCHENZHEN MINDRAY BIOMEDICAL ELECTRONICS CO. LTD.	WATO 65	CHINA	MAQUINA DE ANESTESIA	480.000.000	480.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
31	42181904-002	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO					9
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Nihon Kohden	Nihon Kohden	BSM 3763-K	Japon		109.547.108	985.923.972
VIPAL SA - 80019247-8	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	B650	ESTADOS UNIDOS	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	128.569.239	1.157.123.151
ALBATROS SACI - 80002766-3	Advanced	Advanced Instrumentations Inc.	PM-2000M	USA	Monitor Multiparamétrico	109.000.000	981.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	SpaceLabs	SpaceLabs	no aplica	USA	Monitor Multiparametrico	98.579.650	887.216.850
V & V S.A - 80038216-1	AEONMED	BEIJING AEONMED CO. LTD	2018	CHINA	MONITOR MULTIPARAMETRICO	94.200.000	847.800.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	EDAN	EDAN INSTRUMENTS INC.	ELITE V6	CHINA	MONITOR MULTIPARAMETRICO	90.500.000	814.500.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
32	42201815-001	NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO					13
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	NEGASTOCOPIO DE 1 CUERPO	1.320.000	17.160.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
33	42191802-003	SERVOCUNA					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Fanem	Fanem	Ampla 2085	Brasil		63.944.570	191.833.710
VIPAL SA - 80019247-8	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	PANDA WARMER	ESTADOS UNIDOS	SERVOCUNA	204.374.586	613.123.758
V & V S.A - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	SERVOCUNA	122.200.000	366.600.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	MEDIX	NATUS	SM-401 AMERICA	ARGENTINA	SERVOCUNA	110.000.000	330.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	OLIDEF	OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARE LTDA	MATRIX SC	BRASIL	BRASIL	125.000.000	375.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
34	42192107-001	SILLA DE EXTRACCION DE SANGRE					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	FOSHAN DONGFANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTO LTD	2018	CHINA	SILLA DE EXTRACCION DE SANGRE	2.500.000	5.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
35	42192210-001	SILLA DE RUEDAS					17
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	FOSHAN DONGFANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTO LTD	2018	CHINA	SILLA DE RUEDAS	2.500.000	42.500.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
36	42151701-001	SILLON ODONTOLOGICO					2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	GNATUS	ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICOS ODONTOLOGI	S 200 F	BRASIL	SILLON ODONTOLOGICO	65.000.000	130.000.000
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	PHOENIX	PHOENIX LTDA.	N/A	BRASIL	N/A	65.916.756	131.833.512

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	42294805-001	TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG.	No aplica	Alemania	Torre de Videolaparoscopia	975.000.000	975.000.000
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	B. BRAUN AESCULAP	AESCULAP AG	TORRE 2D EDDY	ALEMANIA	TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	641.400.000	641.400.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS	NO APLICA	JAPON/AELMANIA	TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	800.000.000	800.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	42291613-003	UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Medtronic	Medtronic	WEM SS501	Brasil	UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA	65.000.000	130.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Remed	Remed	Elpis 4L	Corea		59.300.283	118.600.566
ALBATROS SACI - 80002766-3	Advanced	Advanced Instrumentations Inc.	ESU-400	USA	Unidad Electroquirúrgica	90.000.000	180.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BOWA	BOWA-electronic GmbH & Co. KG	No Aplica	Alemania	UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA	95.000.000	190.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEAN	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	2018	CHINA	UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA	79.000.000	158.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	DAIWHA	DAIWHA CORP., LTD	DE-400	CHINA	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA	80.000.000	160.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	42272205-002	VENTILADOR PULMONAR DE TRASLADO	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A. - 80038216-1	AEONMED	BEIJING AEONMED CO., LTD	2018	CHINA	VENTILADOR PULMONAR DE TRASLADO	163.680.000	327.360.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	CAREFUSION	VYAIR	LTV 1200	U.S.A.	VENTILADOR PULMONAR DE TRASLADO	150.000.000	300.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	SCHENZHEN MINDRAY BIOMEDICAL ELECTRONICS CO. LTD	SV 300	CHINA	VENTILADOR PULMONAR DE TRASLADO	165.000.000	330.000.000

Beneficio MyPIMES

10 - CAMPANA DE FLUJO LAMINAR

Oferente	Precio	Fecha	Hora
V & V S.A. - 80038216-1	76.900.000	03-12-2018	12:18:48.612

13 - DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO

Oferente	Precio	Fecha	Hora
V & V S.A. - 80038216-1	506.592.000	03-12-2018	13:19:54.914

14 - DETECTOR DFETAL

Beneficio MyPIMES

Oferente	Precio	Fecha	Hora
V & V S.A - 80038216-1	2.990.000	03-12-2018	13:32:51.081
15 - ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPOSITO			
Oferente	Precio	Fecha	Hora
V & V S.A - 80038216-1	514.500.000	03-12-2018	13:48:38.616
38 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA			
Oferente	Precio	Fecha	Hora
V & V S.A - 80038216-1	82.400.000	04-12-2018	15:34:13.181

Listado General de todas las Ofertas

1 - ASPIRADOR QUIRÚRGICO				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	324.500.000	03-12-2018	08:35:05.130	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60f1d9e414c7988e3ccd303f41d9834f	
V & V S.A - 80038216-1	324.750.000	03-12-2018	08:34:46.886	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fccf285dceb3e27dd5846724780e0d05	
V & V S.A - 80038216-1	325.000.000	03-12-2018	08:34:35.187	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95361b8c5c85e6ebbb2f33abfc1e4fe4	
V & V S.A - 80038216-1	325.500.000	03-12-2018	08:34:01.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ce797acc97a0ae49c9fc5c6669e7a25	
V & V S.A - 80038216-1	325.750.000	03-12-2018	08:33:46.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e79afdeb6f6f4c5fdebdb314afead647	
V & V S.A - 80038216-1	326.000.000	03-12-2018	08:33:22.647	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0526b28b4965810d903f8bc6dc6ab374	
V & V S.A - 80038216-1	326.250.000	03-12-2018	08:33:16.918	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4ac9b8f8b76dc48a0c905d62aa33766	
V & V S.A - 80038216-1	326.500.000	03-12-2018	08:32:55.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4490bbe03f5253f8fe10dc6dea7ef4	
V & V S.A - 80038216-1	326.850.000	03-12-2018	08:32:48.683	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7d3b0cd0edb97ce3e1cf5a4bfd8904	
V & V S.A - 80038216-1	327.000.000	03-12-2018	08:32:28.869	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b6b73939a2ffac3d7ea3b7f2fc624d1	
V & V S.A - 80038216-1	327.250.000	03-12-2018	08:32:19.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45e7e12a9d1dc36b49097b07d79ba756	
V & V S.A - 80038216-1	327.500.000	03-12-2018	08:31:56.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	683b99dced7b04d8519e5ff515833ec3	
V & V S.A - 80038216-1	328.000.000	03-12-2018	08:31:31.930	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de0286a8e99e220eb32b2e3366ddd89a	
V & V S.A - 80038216-1	328.250.000	03-12-2018	08:31:22.299	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c17adf4dd95520d63942dacb6233fb66	
V & V S.A - 80038216-1	328.500.000	03-12-2018	08:31:15.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	514beb96b42480008efb1145f62c7036	
V & V S.A - 80038216-1	328.950.000	03-12-2018	08:31:07.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2fe4bfd581c48405ed6cd43f000126d1	
V & V S.A - 80038216-1	329.000.000	03-12-2018	08:31:01.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b36e2f59d661010cd5c8dbe84187374	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	330.000.000	03-12-2018	08:30:28.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d6a05e779df3ccaffeec8517a7cde	
V & V S.A - 80038216-1	330.000.000	03-12-2018	08:30:36.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c911017478e40e80c75d4112e6829773	
V & V S.A - 80038216-1	347.500.000	03-12-2018	08:28:21.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00ef4d65a6ffa305869b4a50539cdc06	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	347.650.000	03-12-2018	08:01:29.716	Propuesta
		Código Verificador:	7ae731bb09a9a1cbb1a90f571f5183f	
V & V S.A - 80038216-1	347.818.640	03-12-2018	08:01:29.717	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	9b6539b98b7393e5fa8cd7cf0cd5029b
---------------------	----------------------------------

2 - AUTOCLAVE ODONTOLOGICO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	19.006.020	03-12-2018	08:01:29.846	Propuesta
		Código Verificador:	77cd61550e8ae78a6a971144bc9e0b6f	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	35.000.000	03-12-2018	09:00:55.015	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0a393a508d4c426891a34b2698c0507d	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	38.362.000	03-12-2018	08:58:58.753	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8dc44e7bad42f58a0cdf10a204354c33	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	40.000.000	03-12-2018	08:51:39.467	Recepción de Lances
		Código Verificador:	d6e30f597f9fa4e63b8dbf996d3f16cd	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	46.034.400	03-12-2018	08:01:29.844	Propuesta
		Código Verificador:	6858f9c925e3d00de5fe695826c0857e	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	70.000.000	03-12-2018	08:01:29.845	Propuesta
		Código Verificador:	472549dea325f3c9850fe5b37cf33558	

3 - BALANZA CON ALTÍMETRO DIGITAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	12.592.000	03-12-2018	08:01:29.875	Propuesta
		Código Verificador:	52294b999492582e822f2f017b3a5c7b	

4 - BICICLETA ESTATICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	13.534.000	03-12-2018	08:01:29.906	Propuesta
		Código Verificador:	9bc1599e4a0933704527b2fe9b8db781	

5 - CAMA DE INTERNACION

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	487.993.000	03-12-2018	10:22:53.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8c13fb9d65c6f62b10c6a9cd1399f61	
V & V S.A - 80038216-1	488.000.000	03-12-2018	10:21:40.780	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffea0b6e3b4136ae7260ec119485ae2	
V & V S.A - 80038216-1	488.250.000	03-12-2018	10:21:12.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ea381922c7e307cae212dac25b238ea	
V & V S.A - 80038216-1	488.500.000	03-12-2018	10:20:53.556	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a8037e529afbbdf3293e447bb16675	
V & V S.A - 80038216-1	488.750.000	03-12-2018	10:20:42.271	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8275d9a67a6f8010e22c9088f0061ab7	
V & V S.A - 80038216-1	489.000.000	03-12-2018	10:20:24.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e60ce43ed1f3acf5637c62a2b5367fa	
V & V S.A - 80038216-1	489.500.000	03-12-2018	10:20:13.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfed7e334c7e56c775796e545bc1f4b5	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	489.880.000	03-12-2018	10:16:42.347	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2bc24aecddb5b36edef421609b5e4b9b	
V & V S.A - 80038216-1	490.000.000	03-12-2018	10:17:35.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a1b97363236b4e04dda4059e7bd83c	
V & V S.A - 80038216-1	495.000.000	03-12-2018	10:17:13.109	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc8db08d116f37f646298527f3e1cc0a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	496.437.103	03-12-2018	08:01:29.965	Propuesta
		Código Verificador:	a89ed27d849c9295f8a3302f249b7bfd	
V & V S.A - 80038216-1	499.870.000	03-12-2018	10:15:04.261	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	362bd13ff360f157dcca465d885ecdd7	
V & V S.A - 80038216-1	599.844.000	03-12-2018	08:01:29.966	Propuesta
		Código Verificador:	797d6b2b05cb093c59fb164e8c2e8714	

Listado General de todas las Ofertas

6 - CAMILLA FIJA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	22.850.000	03-12-2018	10:40:44.032	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6a9d872f14db3d0d83e45af85f03150	
V & V S.A - 80038216-1	22.950.000	03-12-2018	10:39:36.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b16da3d86bab69a4dbbadf64c8347c4b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	23.000.000	03-12-2018	10:26:24.900	Recepción de Lances
		Código Verificador:	1d51e178cf1e764bd591e2c08ef8f8e4	
V & V S.A - 80038216-1	23.000.000	03-12-2018	10:36:18.945	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	639a74a9b3d99a39be0a9946946497e2	
V & V S.A - 80038216-1	24.264.000	03-12-2018	08:01:30.057	Propuesta
		Código Verificador:	9f784c70f2ae88719c039dd73e67784b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	27.757.580	03-12-2018	08:01:30.036	Propuesta
		Código Verificador:	c89f096c7c2f84631479537cf936cd61	

7 - CAMILLA DE TRASLADO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	255.500.000	03-12-2018	11:05:15.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	528f7bf19fe3e998e0e771493277cf68	
V & V S.A - 80038216-1	255.650.000	03-12-2018	11:05:05.039	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e2919c3851856e382c7c92ec7d90773	
V & V S.A - 80038216-1	255.850.000	03-12-2018	11:04:48.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64633b654c645ab2467f71cecc4b0cb0d	
V & V S.A - 80038216-1	255.950.000	03-12-2018	11:04:34.235	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86897f0329707d582feda77a150de086	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	256.000.000	03-12-2018	11:03:59.038	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3da633a1629cb6d956cb152deaf157a	
V & V S.A - 80038216-1	256.000.000	03-12-2018	11:04:16.918	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6db6eb7fba455b42e7cf2cbda75c5f07	
V & V S.A - 80038216-1	257.000.000	03-12-2018	11:02:57.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	916c63474420babe64e154a0783ffb73	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	257.514.628	03-12-2018	08:01:30.302	Propuesta
		Código Verificador:	7249dd5a07e952af1c2506aa01c32835	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	385.000.000	03-12-2018	08:01:30.305	Propuesta
		Código Verificador:	7c33086116c2a82ac7f8c838b7606b6f	
V & V S.A - 80038216-1	385.560.000	03-12-2018	08:01:30.306	Propuesta
		Código Verificador:	92cf4b5e55eab418cfecd20f778c965d	
ALBATROS SACI - 80002766-3	414.540.000	03-12-2018	11:02:57.439	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fce0cdcd0c1a51b122218fc7ad6a19a	
ALBATROS SACI - 80002766-3	420.000.000	03-12-2018	08:01:30.304	Propuesta
		Código Verificador:	8c6b6fcef8c14745023ba0af0be449d5	

8 - CAMILLA GINECOLOGICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	6.652.000	03-12-2018	08:01:30.380	Propuesta
		Código Verificador:	c06b522bb3c2864e94fa8407919eac6d	

9 - CAMILLA ORTOSTÁTICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	19.140.000	03-12-2018	08:01:30.407	Propuesta
		Código Verificador:	c962083b9a58523991b189ebda604a91	

10 - CAMPANA DE FLUJO LAMINAR

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	76.900.000	03-12-2018	12:18:48.612	Beneficio MIPYME

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	840817f4b01a23e51d6ba2ab1416f665
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	76.950.000	03-12-2018	12:18:21.606
		Código Verificador:	9c2111b75e0bc18bc11a0df64ab010ff
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	77.000.000	03-12-2018	12:17:53.142
		Código Verificador:	5b054c4d587ed7f37dfa58e0824518f1
V & V S.A - 80038216-1	77.000.000	03-12-2018	12:18:18.717
		Código Verificador:	c29c2ae0678e26c098814e7861a6d1c5
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	77.350.000	03-12-2018	12:17:35.717
		Código Verificador:	9b086b8a3108894f29aa69f33ab634df
V & V S.A - 80038216-1	77.350.000	03-12-2018	12:17:50.880
		Código Verificador:	a3fc891cc03a6df8befaa0d19dbba4ff
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	77.550.000	03-12-2018	12:17:12.450
		Código Verificador:	7b78f77ee95e9a7e89da86faad7a7874
V & V S.A - 80038216-1	78.100.000	03-12-2018	12:17:12.343
		Código Verificador:	cc41b8f2011d4621f1b3b8c0962812bd
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	78.150.000	03-12-2018	12:17:01.106
		Código Verificador:	8fd6d4f95e40f5707343881431ed7865
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	78.550.000	03-12-2018	12:16:52.968
		Código Verificador:	67e1c4c862701c9459e8400644ad761a
V & V S.A - 80038216-1	78.850.000	03-12-2018	12:16:59.827
		Código Verificador:	9fc91bdae93dbd8eedbe913639bdc7d1
V & V S.A - 80038216-1	78.950.000	03-12-2018	12:16:52.640
		Código Verificador:	ca0ffa2e83bd02ee8843028cfd409788
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	79.000.000	03-12-2018	12:16:43.941
		Código Verificador:	058d865362d273d1f75e3d41390cca45
V & V S.A - 80038216-1	79.400.000	03-12-2018	12:16:46.249
		Código Verificador:	c9a9b75d52150587d47471bf93e390c7
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	79.450.000	03-12-2018	12:16:37.498
		Código Verificador:	014f139fedb61588fa21a6916a5adefe
V & V S.A - 80038216-1	79.750.000	03-12-2018	12:16:39.679
		Código Verificador:	1602ee46e2ab5812fbc70dd059d620a9
V & V S.A - 80038216-1	79.800.000	03-12-2018	12:16:34.979
		Código Verificador:	61e75c6f8b573a4f56f230bd8d95fb5c
V & V S.A - 80038216-1	79.850.000	03-12-2018	12:16:29.439
		Código Verificador:	e954502767e34c166b24dd33f4aa5e3f
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	79.950.000	03-12-2018	12:16:19.288
		Código Verificador:	bb0f08a76eeb3a5d8c2ff32957149d66
V & V S.A - 80038216-1	80.050.000	03-12-2018	12:16:22.536
		Código Verificador:	899f97988f1472b344f639ea6500acb9
V & V S.A - 80038216-1	80.100.000	03-12-2018	12:16:17.332
		Código Verificador:	bae50f575519260ac70bc24410d8ecc3
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	80.150.000	03-12-2018	12:16:08.323
		Código Verificador:	ce6274adeea5192215d74bf9ad9fb5f3
V & V S.A - 80038216-1	80.300.000	03-12-2018	12:16:05.442
		Código Verificador:	a16fcc0eedc0ee5e6ce39194caa7b56
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	80.350.000	03-12-2018	12:15:59.638
		Código Verificador:	1c8b24a917cd5c45552eaa45efc3ef85
V & V S.A - 80038216-1	80.500.000	03-12-2018	12:16:00.387
		Código Verificador:	ec799bfaeb4072bb523ef5cf8bda495d
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	80.550.000	03-12-2018	12:15:52.148
		Código Verificador:	c04a918da3c0d499179d4d9740895553
V & V S.A - 80038216-1	80.650.000	03-12-2018	12:15:54.910
		Código Verificador:	baba2f5d673e021a4f34728c853bdf89

Listado General de todas las Ofertas

V & V.S.A - 80038216-1	80.750.000	03-12-2018	12:15:49.127	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ab964943c7bf048b81a6cdc11c286f4	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	80.950.000	03-12-2018	12:15:36.534	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab6ba93fead01855cb91fc2a65c66ceda	
V & V.S.A - 80038216-1	81.000.000	03-12-2018	12:15:29.898	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b463b3ee031b10edba5a366ee5cd96c1	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	81.150.000	03-12-2018	12:15:19.647	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a845f65dcae9a314299520dc8d71335	
V & V.S.A - 80038216-1	81.300.000	03-12-2018	12:15:24.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d88272fd59950dc54e740673b97c3fbb	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	81.350.000	03-12-2018	12:15:12.455	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46c798752a026fbfa56621e47e5dd3ee	
V & V.S.A - 80038216-1	81.350.000	03-12-2018	12:15:18.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f87804d599b83a647694f92a3fc31a6e	
V & V.S.A - 80038216-1	81.500.000	03-12-2018	12:15:14.023	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eaa12b2b9f6252dd7e442f2b8953ced2	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	81.550.000	03-12-2018	12:15:08.772	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f56d2bba587acee0980d65c7e6967ac	
V & V.S.A - 80038216-1	81.650.000	03-12-2018	12:15:08.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12888097cfaeff46527eb6030ce39e0a	
V & V.S.A - 80038216-1	81.750.000	03-12-2018	12:14:58.158	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d628242ecc6ce63e0f724cfa9076e896	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	81.750.000	03-12-2018	12:15:03.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60ac72e1ac9e60a2aba04aa008fa9509	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	81.950.000	03-12-2018	12:14:48.689	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3a315dff043f0936b0eccc3cb91cf95	
V & V.S.A - 80038216-1	82.100.000	03-12-2018	12:14:53.056	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e924d9d55c1b1cc39363005431cd3eba	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	82.150.000	03-12-2018	12:14:37.736	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cfee8deb3eb0ce13c4a47d62112112d	
V & V.S.A - 80038216-1	82.150.000	03-12-2018	12:14:46.609	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1e4e188e30cc74b1b846bde9fc3279c	
V & V.S.A - 80038216-1	82.300.000	03-12-2018	12:14:40.818	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2f681cfbf194b94b28871f2b60fb843	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	82.350.000	03-12-2018	12:14:31.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1caf0b6c8c0e8779debf4bcbfc8a365	
V & V.S.A - 80038216-1	82.500.000	03-12-2018	12:14:35.782	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6111012073003dbce320a44a56b3a265	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	82.550.000	03-12-2018	12:14:24.518	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f5dcc17c3a9b38c9edc6b1eef2321fa	
V & V.S.A - 80038216-1	82.550.000	03-12-2018	12:14:31.135	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca7c841b0f0d6186f036e49490b9436e	
V & V.S.A - 80038216-1	82.750.000	03-12-2018	12:14:25.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54d3f2ddd378144d10a2bc1067994e62	
V & V.S.A - 80038216-1	82.800.000	03-12-2018	12:14:20.393	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efa6e6a7b71b1960cd1cbba316ddf58	
V & V.S.A - 80038216-1	82.850.000	03-12-2018	12:14:15.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2da2c0a805d476d3dda9f6c20680c177	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	82.950.000	03-12-2018	12:14:06.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7df1b34badd7b6c9c5cb0c457ec1c247	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	83.150.000	03-12-2018	12:13:58.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71b0bf7684c6c6ae3e25efd9e0031b87	
V & V.S.A - 80038216-1	83.150.000	03-12-2018	12:14:09.741	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	c484652e92cef223d778f9b7be8dadfd	
V & V S.A - 80038216-1	83.300.000	03-12-2018	12:14:04.411	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c6667a2dec87d4d7a5ca0883b970586	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	83.350.000	03-12-2018	12:13:52.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f5f32d77f23a708d6d06870ddec583	
V & V S.A - 80038216-1	83.500.000	03-12-2018	12:13:52.271	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d244f0328633ef03b3d16a76bdeb8b4c	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	83.550.000	03-12-2018	12:13:47.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26f4d8590c977d7d37e153ceedc98cf0	
V & V S.A - 80038216-1	83.750.000	03-12-2018	12:13:41.138	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	682fb62199b2d7ac97156fd229508551	
V & V S.A - 80038216-1	83.850.000	03-12-2018	12:13:35.999	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cc9633d332904af736481ef3364633e	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	83.850.000	03-12-2018	12:13:43.758	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	180e90386be1348c4137da6fa56af47d	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	83.950.000	03-12-2018	12:13:28.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c4ed8213c2dd9b16e26e10fda34e04f	
V & V S.A - 80038216-1	83.950.000	03-12-2018	12:13:31.076	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	852429173409e69bcf2f31a71dfec55f	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	84.000.000	03-12-2018	12:13:16.201	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa054f3d5d1c0230ae8fb37cf75f5ca6	
V & V S.A - 80038216-1	84.200.000	03-12-2018	12:13:26.516	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7402b1dc5ece743ace057d4b8034f0f	
V & V S.A - 80038216-1	84.250.000	03-12-2018	12:13:20.439	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a6a4da5d46c13ed15a0735d31247049	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	84.300.000	03-12-2018	12:13:06.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	398be244f04b0aabc9c067c5b09ce86e	
V & V S.A - 80038216-1	84.300.000	03-12-2018	12:13:15.968	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9ed591127d1c41fbb212a998fee2b0b	
V & V S.A - 80038216-1	84.400.000	03-12-2018	12:13:10.464	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de2e523b067e24d4a9ee0459bd0deb2d	
V & V S.A - 80038216-1	84.450.000	03-12-2018	12:13:05.243	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0177ab327cc6c43de73b1203883774c	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	84.500.000	03-12-2018	12:12:56.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	061637a437e0e5b7f06e3f3db0190eff	
V & V S.A - 80038216-1	84.750.000	03-12-2018	12:12:59.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3a22f5a183382ea39a165b9a200dba0	
V & V S.A - 80038216-1	84.850.000	03-12-2018	12:12:54.608	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4133975d9cb52350c29d09fae0371ff	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	84.950.000	03-12-2018	12:12:44.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5dd6fc70cac265f580aabed9c1997a0a	
V & V S.A - 80038216-1	85.000.000	03-12-2018	12:12:23.433	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41dc6f6619d3a1f8be4e13a128fedd2e	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	85.400.000	03-12-2018	12:12:24.674	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a00d8d33273ee6d0d899a55d5be2d89c9	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	85.500.000	03-12-2018	12:12:09.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b985c176d22ba35c903ea321c95543f0	
V & V S.A - 80038216-1	90.000.000	03-12-2018	12:11:46.390	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b58c8af6683075d3131ffa137aea67b	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	90.084.000	03-12-2018	08:01:30.491	Propuesta
		Código Verificador:	0a8955914fd35e41bd3e5d70aafcbabf	
V & V S.A - 80038216-1	132.143.150	03-12-2018	08:01:30.493	Propuesta
		Código Verificador:	d3e0da15a02aee23a32da1ed77c50c20	

Listado General de todas las Ofertas

11 - CINTA CAMINADORA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	13.285.440	03-12-2018	08:01:30.545	Propuesta
		Código Verificador:	4e8a009026b77ca1e56ea5b238898276	

12 - COLPOSCOPIO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	88.750.000	03-12-2018	12:54:20.021	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2212732a77b14bcdbc1909d31b5bb18	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	88.900.000	03-12-2018	12:54:05.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ef21712934e33ddd0c963c4c789e2f5	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	89.000.000	03-12-2018	12:53:26.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cae1e24635789bfff7617cc5758e609	
V & V S.A - 80038216-1	89.000.000	03-12-2018	12:53:35.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73dcf232ec8dd5560e84ab17242c7f78	
V & V S.A - 80038216-1	89.100.000	03-12-2018	12:53:16.601	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1b3976b0fc69141334c6faeeb61a47a	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	89.150.000	03-12-2018	12:52:17.319	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	601e81e3879d6f63bc9fddf23fb600cf	
V & V S.A - 80038216-1	89.250.000	03-12-2018	12:51:41.118	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e9f96da793c133d84f5be66d905d165	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	89.300.000	03-12-2018	12:51:24.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b19cf8a11c4e33875ff3596af382690	
V & V S.A - 80038216-1	89.400.000	03-12-2018	08:01:30.634	Propuesta
		Código Verificador:	55cdae5a313fd32d3a5ae4b29c886dd7	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	110.000.000	03-12-2018	08:01:30.633	Propuesta
		Código Verificador:	46d438b1e9daabea9d83acd7ecdf512c	

13 - DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	506.592.000	03-12-2018	13:19:54.914	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	ca743736ea389c86933cfc553e6cf443	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	506.600.000	03-12-2018	13:19:14.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	323b0ce21dbc525fd68e5e7822ae612	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	507.400.000	03-12-2018	13:18:29.247	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23a7619602d9e6f12e3414477e168d29	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	509.000.000	03-12-2018	13:17:51.498	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0159598cc39d1cf4c44af8e2a755b00f	
V & V S.A - 80038216-1	509.000.000	03-12-2018	13:18:55.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a72a0be1641e7ea690a0add5bf613a9	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	510.000.000	03-12-2018	13:17:44.470	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7424591392330308da39d3b32b7ae5de	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	510.900.000	03-12-2018	13:17:40.202	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5db558eca0ec03aa235780cf3ebf0e8d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	511.000.000	03-12-2018	13:17:33.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c577b60f4cad2452160997399c1d4db5	
V & V S.A - 80038216-1	511.000.000	03-12-2018	13:17:40.704	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0d2460395abd4255aad5ade599f7d5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	511.400.000	03-12-2018	13:17:29.514	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93395c81e4403bbccac1bcab51a9ab2d	
V & V S.A - 80038216-1	512.350.000	03-12-2018	13:17:33.023	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46a2d9089ac096263efb150d0387e249	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	512.400.000	03-12-2018	13:17:24.410	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bff5ac40114d6432e0dd37de1cae3ac6	
V & V S.A - 80038216-1	512.850.000	03-12-2018	13:17:27.260	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3542115a52ad0f6995db866ff69f70ab	

Listado General de todas las Ofertas

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	512.900.000	03-12-2018	13:17:18.728	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0d9f3bf0238a2bd1fbfe1ab540f047c	
V & V S.A - 80038216-1	512.950.000	03-12-2018	13:17:20.210	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1de31da8848e00fb3c3fbf3675f676b7c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	513.000.000	03-12-2018	13:17:10.112	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b758ec528a5204db47570e3b84034b54	
V & V S.A - 80038216-1	514.950.000	03-12-2018	13:16:57.615	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e024d28eac3d0184c2abf6270a229da4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	515.000.000	03-12-2018	13:16:39.331	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e881ff94a0965db2e3127b722a0f7442	
V & V S.A - 80038216-1	519.500.000	03-12-2018	13:16:45.178	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	750b514893e41372721e8cdeba1f376b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	520.000.000	03-12-2018	13:16:32.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71d1858ecce339a852ce6958bd12e324	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	521.000.000	03-12-2018	13:15:46.109	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b75ba3e038a833246af188999f12010c	
V & V S.A - 80038216-1	530.000.000	03-12-2018	13:15:59.027	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56e653b182f3ad5724837d1137672219	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	543.600.000	03-12-2018	13:16:15.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1b7a416d1334884124e2fa9bcecdac5	
V & V S.A - 80038216-1	544.750.000	03-12-2018	13:15:49.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8e140fd77a5d7a4c31a2874de731e51	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	545.000.000	03-12-2018	13:15:39.054	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d6d43c4cf3be495fda3bd2cba3ea11a	
V & V S.A - 80038216-1	548.750.000	03-12-2018	13:15:36.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61d4c30c8f04f86563cf19c747d27322	
V & V S.A - 80038216-1	548.950.000	03-12-2018	13:15:28.547	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17818388bd0333e5ded2a10548d1bd0a	
V & V S.A - 80038216-1	549.000.000	03-12-2018	13:15:08.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fd42209091e7b2d9e4ed351cc3794bc	
V & V S.A - 80038216-1	549.250.000	03-12-2018	13:15:02.011	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d48c5ed324b2273ed1e2dacb225a664	
V & V S.A - 80038216-1	549.500.000	03-12-2018	13:14:53.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e839557a7cb9d5314aeae985fafde493	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	550.000.000	03-12-2018	13:14:32.081	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb7c22b85dc376ea2761add8b480f00e	
V & V S.A - 80038216-1	557.000.000	03-12-2018	13:14:47.477	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03b68752a6472dd9e1277be2a2a2428b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	557.467.713	03-12-2018	08:01:30.903	Propuesta
		Código Verificador:	6ee514dfeda46a375ddbc6be593f3823	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	562.500.000	03-12-2018	08:01:30.906	Propuesta
		Código Verificador:	ce278caf07431fb65bf8431e3c44b2ee	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	649.800.000	03-12-2018	13:14:39.608	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20aba8df791dea2de5efee07a8099cc7	
V & V S.A - 80038216-1	655.020.000	03-12-2018	08:01:30.907	Propuesta
		Código Verificador:	a67c11f528a19ca36e4dd0d7e96e595d	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	675.000.000	03-12-2018	08:01:30.904	Propuesta
		Código Verificador:	b825879a1436834067b305e54bd9af9c	
ALBATROS SACI - 80002766-3	729.000.000	03-12-2018	13:15:00.955	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e516e12d91a8ca109ef08c5cd34d2b4	
ALBATROS SACI - 80002766-3	756.000.000	03-12-2018	08:01:30.905	Propuesta
		Código Verificador:	ff8778b7e99e80c2f521ccc1f658b82a	

14 - DETECTOR DFETAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	2.990.000	03-12-2018	13:32:51.081	Beneficio MIPYME

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	910b1fa285a065ca4edd14c9aa3fc873
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.000.000	03-12-2018	13:29:21.098
		Código Verificador:	f79cbb742990f983e747a857a7f38790
V & V S.A - 80038216-1	3.000.000	03-12-2018	13:29:34.653
		Código Verificador:	5c2c066502e6883fc787da1f7027e160
V & V S.A - 80038216-1	3.130.000	03-12-2018	13:28:46.106
		Código Verificador:	7d9403efdd35a63c83f6d93e699a4951
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.136.246	03-12-2018	08:01:31.086
		Código Verificador:	4e416f298f442f2a10a3ee6974b37c19
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.590.000	03-12-2018	13:29:10.038
		Código Verificador:	80f0dd13f0bf432cc76d769993407b75
V & V S.A - 80038216-1	5.592.000	03-12-2018	08:01:31.088
		Código Verificador:	2f290dbfaec7c3b10ce20c8048f2cb94
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.600.000	03-12-2018	08:01:31.087
		Código Verificador:	2e8c13e81081e3cb05fa620497b45e16

15 - ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPOSITO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	514.500.000	03-12-2018	13:48:38.616	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	0ef3753be7480c84fb30ef889d9253be	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	515.000.000	03-12-2018	13:48:02.636	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81eea9fad1182f9aa65bf7e9445c769e	
V & V S.A - 80038216-1	515.000.000	03-12-2018	13:48:12.980	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5c0da1ac7ee041626a159cdd584ad45	
V & V S.A - 80038216-1	520.000.000	03-12-2018	13:47:02.251	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd2cf36d7015377a3a498a782026a2eb	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	520.000.000	03-12-2018	13:47:29.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9280e7a278fea80977fb33351ae01e6b	
V & V S.A - 80038216-1	522.000.000	03-12-2018	13:46:51.222	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bae4271166b89c4545402d1b8029b391	
V & V S.A - 80038216-1	523.000.000	03-12-2018	13:46:44.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5fafef149597633376c72a224ba232f	
V & V S.A - 80038216-1	524.000.000	03-12-2018	13:46:38.848	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	007dc89c4055a8b7909c8b3403c500e8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	525.000.000	03-12-2018	13:46:33.787	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fed6298922b1a1841179dfa142dd46dd	
V & V S.A - 80038216-1	528.000.000	03-12-2018	13:46:33.962	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e53fc0ee828b91b0287b3b46653a232	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	530.000.000	03-12-2018	13:46:27.848	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66b18b4f7d3c942d149920c95b9d754b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	540.000.000	03-12-2018	13:46:24.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af356c38217e6805100a5299a2fc25cc	
V & V S.A - 80038216-1	541.000.000	03-12-2018	13:46:28.209	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c8af83b60748775ee39919cc729e789	
V & V S.A - 80038216-1	543.000.000	03-12-2018	13:46:23.527	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abda7303952a581eadaafc9d073a8fd8	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	544.000.000	03-12-2018	13:46:16.563	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27a2d7eed18133d1d5b577d80aa8180c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	545.000.000	03-12-2018	13:46:11.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	747ecb9bd13d6a1f129d07672832fc39	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	550.000.000	03-12-2018	13:46:03.039	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	066bd8be76e535e3c76367a6a50a4c31	
V & V S.A - 80038216-1	551.000.000	03-12-2018	13:46:17.143	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a9cc307046ed60a637fe6c38df21419	
V & V S.A - 80038216-1	559.500.000	03-12-2018	13:45:53.973	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5cbf6562d76e04579d151c05a4bb74d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	560.000.000	03-12-2018	13:45:41.807	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	654217127c04f04ff826d77504734193
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	565.000.000	03-12-2018	13:45:36.538
		Código Verificador:	2d652dcb95c205f94f708b6cc1f7987b
V & V S.A - 80038216-1	569.500.000	03-12-2018	13:45:33.033
		Código Verificador:	8fa2ce39e29a40524b5bcd918237d2bb
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	570.000.000	03-12-2018	13:45:25.929
		Código Verificador:	f69146daca72b4abc75ff2e4d07f8a47
V & V S.A - 80038216-1	579.500.000	03-12-2018	13:45:26.034
		Código Verificador:	95a7bb8c465489754c861ef1a3f453b1
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	580.000.000	03-12-2018	13:45:15.251
		Código Verificador:	92670e92924d6f0f8f9f5e23344945a5
V & V S.A - 80038216-1	584.000.000	03-12-2018	13:45:18.775
		Código Verificador:	23c6b74e9884545e5a13b337fa2f7c2a
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	585.000.000	03-12-2018	13:45:01.088
		Código Verificador:	d54e1c1cd785e341119ca338da243f40
V & V S.A - 80038216-1	585.000.000	03-12-2018	13:45:10.798
		Código Verificador:	db77e1275d6ec707a4fbbce94194f3d4
V & V S.A - 80038216-1	595.000.000	03-12-2018	13:45:01.442
		Código Verificador:	f9f53ce42b3d0f945bf0f736be800906
V & V S.A - 80038216-1	599.000.000	03-12-2018	13:44:51.362
		Código Verificador:	b45ebee10f63420e28e7c142d410ef65
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	600.000.000	03-12-2018	08:01:31.252
		Código Verificador:	1908dc3f2705a592d9b6d47d45c7d7f5
V & V S.A - 80038216-1	600.000.000	03-12-2018	13:44:42.543
		Código Verificador:	6c7f9a607855da4bee80da95e9acf51e
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	608.000.000	03-12-2018	13:44:29.416
		Código Verificador:	3e0c5334de89441434ccd865f2bdc1b
V & V S.A - 80038216-1	610.000.000	03-12-2018	08:01:31.253
		Código Verificador:	042088f30d677f8b2a70e80b92276f6e
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	650.000.000	03-12-2018	08:01:31.250
		Código Verificador:	c5d4090f4ef9ef3c89a06f6509c1c07a

16 - ELECTROCARDIOGRAFO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	54.498.000	03-12-2018	14:09:39.603	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78ac10d6a780e5a3c879bc51f879ba98	
V & V S.A - 80038216-1	54.500.000	03-12-2018	14:09:18.674	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c5738f0d08dc082fec44a473dddbb26	
V & V S.A - 80038216-1	54.750.000	03-12-2018	14:09:09.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abb31778451179db0d0b2b873d4d83fa	
V & V S.A - 80038216-1	54.950.000	03-12-2018	14:08:58.245	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4011e274a4a5c6c0dd7bec3e20eb74f2	
V & V S.A - 80038216-1	55.000.000	03-12-2018	14:08:40.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ea2cc7839f001e0f52078c94aabad75	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	55.656.000	03-12-2018	14:08:47.749	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd11cae487fe79819d1036edf80a4f01	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	55.657.000	03-12-2018	14:08:28.118	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98103c59e78ef0baa071889aa0baeb8a	
V & V S.A - 80038216-1	58.440.000	03-12-2018	08:01:31.499	Propuesta
		Código Verificador:	32537560a28155ee0f9bed3884fb3d75	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	58.500.000	03-12-2018	08:01:31.498	Propuesta
		Código Verificador:	ef6d34666fabc6361de021ae1e28b3de	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	61.350.000	03-12-2018	13:50:49.925	Recepción de Lances
		Código Verificador:	7fe5872c4c889df6f6c124014f7900a1	
VIPAL SA - 80019247-8	125.087.400	03-12-2018	08:01:31.495	Propuesta
		Código Verificador:	466451ff384efc086a2033f157e97c01	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	150.000.000	03-12-2018	08:01:31.497	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	614b72237face5944553de74bf519c2f	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	158.875.200	03-12-2018	13:58:38.201	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fb562bc2381aaf07850bfa39a547a8ac	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	206.537.760	03-12-2018	08:01:31.500	Propuesta
		Código Verificador:	1368f8ce59463a903210c504f6000034	

17 - ELECTROESTIMULADOR TENS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	4.820.000	03-12-2018	08:01:31.549	Propuesta
		Código Verificador:	43bb5ad438e4632d05a15f728eb4b1d5	

18 - EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	51.906.400	03-12-2018	08:01:31.597	Propuesta
		Código Verificador:	9c6cfd597d23d1511702617b8209ca85	

19 - EQUIPO DE ONDAS CORTAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	12.974.000	03-12-2018	08:01:31.652	Propuesta
		Código Verificador:	e477f9d8187dd11f3bad7260d20bb5d8	

20 - EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	415.000.000	03-12-2018	15:30:21.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61c6f2dc70004c4e84fcff5d22bedde	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	418.000.000	03-12-2018	15:29:37.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07de857f9065dbd22202f2e6e4e1dbe6	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	424.500.000	03-12-2018	15:29:37.374	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7247fd0d19a0691d2437f9569ec24294	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	425.000.000	03-12-2018	15:29:04.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfa7f6498950c5f4c59abe238a7c4a89	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	428.500.000	03-12-2018	15:28:45.512	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e3bfeb2d8ea03bad49371142d123b92	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	429.000.000	03-12-2018	15:28:15.857	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e07e0eac348f01f6a25faaf9b5974704	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	439.344.799	03-12-2018	08:01:31.948	Propuesta
		Código Verificador:	1397a4d0fc2a62a70bf9e7cb8476a765	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	498.000.000	03-12-2018	08:01:31.949	Propuesta
		Código Verificador:	e7fdeb346718eee98d29ddd4e68ca072	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	509.000.000	03-12-2018	15:32:21.439	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecb39547702dc8cb713b16c71ffe9ed5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	510.000.000	03-12-2018	15:31:04.865	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e6c59c50a4200ac74192da756accf34	
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA - 990840-4	510.000.000	03-12-2018	15:31:33.382	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d97d2f23b76b03a1eba8cb2c7b439095	
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA - 990840-4	515.000.000	03-12-2018	15:30:53.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9844e7f625b76e0b4015b756de6a71d5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	518.000.000	03-12-2018	15:30:34.532	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6affcf7e17e7b3dd9ae2d95e05af0b1f	
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA - 990840-4	520.000.000	03-12-2018	15:29:01.933	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6086a25b15c290a8e9c084183817416	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	574.000.000	03-12-2018	15:30:09.394	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	2294fd6ad2bd5f21261a670451019ad5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	575.000.000	03-12-2018	15:29:53.796	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	117ab2ccff1cf6f1dcf702a242fa2de5	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	576.000.000	03-12-2018	15:29:23.317	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83073c6cf00848a9c218dd37c6b1a46f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	577.000.000	03-12-2018	15:29:14.752	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ab88b64b3fdf4d8621a0bba79777dfe	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	578.000.000	03-12-2018	15:28:56.540	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6473057001c80995e5a2c987b3174c46	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	579.000.000	03-12-2018	15:28:22.827	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26a9d505a1bc62507462a128371df621	
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA - 990840-4	580.000.000	03-12-2018	15:21:59.169	Etapas de Puja
		Código Verificador:	0b55564c1c4ea8ce1e26392e75e48a19	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	600.000.000	03-12-2018	08:01:31.952	Propuesta
		Código Verificador:	918ee72cf2f43c183e2ed266ac85c736	
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA - 990840-4	620.000.000	03-12-2018	08:01:31.954	Propuesta
		Código Verificador:	ffec701b5211800dbdb1802fdd82247	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	650.000.000	03-12-2018	08:01:31.950	Propuesta
		Código Verificador:	6e7959891da15a9688c81bc4e509d8da	
VIPAL SA - 80019247-8	1.320.342.938	03-12-2018	08:01:31.951	Propuesta
		Código Verificador:	083b9ebff35e4edb0dece271fd335cc8	

21 - EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	27.000.000	04-12-2018	08:38:44.509	Recepción de Lances
		Código Verificador:	4cfdcaec4a954d5916dc82dc10e74b2	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	36.000.000	03-12-2018	08:01:32.001	Propuesta
		Código Verificador:	3a94e105b39b1e3a2fd0f8ae7c419773	

22 - EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	17.976.000	03-12-2018	08:01:32.039	Propuesta
		Código Verificador:	64fb951e5d83f3a36eccc74a459a340ac	

23 - ESPIROMETRO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	25.000.000	04-12-2018	09:33:45.490	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f60497015e7788300408fe0826b29a8f	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	25.071.943	03-12-2018	08:01:32.127	Propuesta
		Código Verificador:	f445328811f8e7d065671272367e822d	
V & V S.A - 80038216-1	27.150.000	03-12-2018	08:01:32.138	Propuesta
		Código Verificador:	f162e2bc3ca10f21b7dacf82ceb92325	

24 - ESTUFA DE ESTERILIZACION

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	11.760.000	03-12-2018	08:01:32.177	Propuesta
		Código Verificador:	b8477866734a79dd41d5fbdcb6066d1a	

25 - INCUBADORA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	179.000.000	04-12-2018	10:03:12.521	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df15f271a6683adee593e0048183bd9f	
V & V S.A - 80038216-1	179.250.000	04-12-2018	10:02:35.006	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2ceb9ff3302abaf8842f9192e14683c	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	179.500.000	04-12-2018	10:02:15.362	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90e34c8fe49697de019e1bb45b221302	
V & V S.A - 80038216-1	179.750.000	04-12-2018	10:02:06.848	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6975a37cc349d653627f6d1d5820aa8	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	180.000.000	04-12-2018	10:01:44.597	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edc81018aee2c99695d97a7888a24c3f	
V & V S.A - 80038216-1	180.000.000	04-12-2018	10:02:00.281	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d47f80025a2711c7666ce09c6779f539	
V & V S.A - 80038216-1	182.959.800	03-12-2018	08:01:32.363	Propuesta
		Código Verificador:	cc3708e1e6688fb1547c721e485186ba	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	208.000.000	03-12-2018	08:01:32.361	Propuesta
		Código Verificador:	a4094a6c9f9e372b46d8c330249900a0	
VIPAL SA - 80019247-8	361.500.000	04-12-2018	09:59:58.368	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4bd55f3dd232cd11d285dbabc69850a	
VIPAL SA - 80019247-8	452.778.410	03-12-2018	08:01:32.362	Propuesta
		Código Verificador:	53c91e2dff925974bd5b13b0d5e64132	

26 - INCUBADORA DE TRANSPORTE

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	137.000.000	04-12-2018	10:21:57.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa2ea8f4ad9fcd8671fe29f0fff482f0	
V & V S.A - 80038216-1	137.056.000	03-12-2018	08:01:32.597	Propuesta
		Código Verificador:	da5ad6f635370fe904a7de887ebdd648	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	138.000.000	03-12-2018	08:01:32.587	Propuesta
		Código Verificador:	b2de8f6e8d8c249c37c5d692b862ce14	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	158.000.000	04-12-2018	10:20:53.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a503b4ebb1dfdc3506278ed9f9f1665d	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	192.000.000	03-12-2018	08:01:32.577	Propuesta
		Código Verificador:	6234238f3aaeb7a5af8b7b6d7e5449c2	

27 - LAMPARA SCIALÍTICA PORTÁTIL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	96.760.000	04-12-2018	10:41:46.223	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a6e29f2572a635bae28ae0031929f9	
V & V S.A - 80038216-1	96.770.000	03-12-2018	08:01:32.839	Propuesta
		Código Verificador:	8cc38b4881b3979450dfbccb81434331	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	97.000.000	03-12-2018	08:01:32.837	Propuesta
		Código Verificador:	576e1fd24ef176cc82ddfa1d772a1271	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	140.000.000	03-12-2018	08:01:32.838	Propuesta
		Código Verificador:	b1daef018d6a1f2c2615170349e39009	
ALBATROS SACI - 80002766-3	176.000.000	04-12-2018	10:33:51.009	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b43ec5600827966b4ea73bd8c7387f5a	
ALBATROS SACI - 80002766-3	180.000.000	03-12-2018	08:01:32.836	Propuesta
		Código Verificador:	edb72f79cf4e078306af91f54a7e1ebb	

28 - LAMPARA CUELLO DE CISNE

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	5.742.000	03-12-2018	08:01:32.901	Propuesta
		Código Verificador:	93c47fb01bd89b79c801ff1f3d6063d0	

29 - LAMPARA INFRARROJA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	4.872.500	04-12-2018	11:07:38.321	Recepción de Lances
		Código Verificador:	1cca79b9920e6738d868a6e8375a799a	
V & V S.A - 80038216-1	4.872.570	03-12-2018	08:01:32.962	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	1ceb988520889e14c4dcf2ae81f9c36
---------------------	---------------------------------

30 - MAQUINA DE ANESTESIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	370.000.000	04-12-2018	12:15:15.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4030f6590e78576f08935bccde85f89	
V & V S.A - 80038216-1	374.000.000	04-12-2018	12:15:11.223	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6422d0ee1c50b5e900c915d9b7e13f7d	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	374.000.000	04-12-2018	12:15:30.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa80850648817a8a488ee64d59f24a90	
V & V S.A - 80038216-1	375.000.000	04-12-2018	12:15:07.049	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8f123c69456115320ebb87f11ed1dd5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	375.000.000	04-12-2018	12:15:22.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cef385c8d0bf22a3b0ef83daf59e58d	
V & V S.A - 80038216-1	377.000.000	04-12-2018	12:15:02.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60ee3c406a4ca0b4f5a9f19220e7e4b4	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	378.000.000	04-12-2018	12:14:53.578	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9ae66a683eb5305eb679bd9c3734a04	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	380.000.000	04-12-2018	12:14:43.011	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	663af9acb1d4c653e69df2264d2fb293	
V & V S.A - 80038216-1	380.000.000	04-12-2018	12:14:58.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5982a08956e342a8ba7b47a1a3110927	
V & V S.A - 80038216-1	384.500.000	04-12-2018	12:14:50.737	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9df83dae99c7b83947639150d2f4847	
V & V S.A - 80038216-1	384.750.000	04-12-2018	12:14:44.567	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c0c26c38907359334cb3962da6c18a8	
V & V S.A - 80038216-1	385.000.000	04-12-2018	12:14:33.530	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad4dc600225d93d3b2db42314abaade5	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	386.000.000	04-12-2018	12:14:31.509	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f74385c382612fdaabb36d0522a70e4a	
V & V S.A - 80038216-1	388.000.000	04-12-2018	12:14:27.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f845266a6a5dbd5ee29fbb944e45a58	
V & V S.A - 80038216-1	389.000.000	04-12-2018	12:14:22.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7cca93eec998614e36a52541e95a7525	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	390.000.000	04-12-2018	12:14:09.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ecf9dca9c43cd8f97169b999aa01cd0	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	390.000.000	04-12-2018	12:14:19.098	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2d52544d85c1410d9901db6d44555ae	
V & V S.A - 80038216-1	393.500.000	04-12-2018	12:14:15.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea072c32b47bdb57dc8be419266c228a	
V & V S.A - 80038216-1	394.000.000	04-12-2018	12:14:08.667	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	352199d78c7d0639ae9215e60295bc0a	
V & V S.A - 80038216-1	394.500.000	04-12-2018	12:13:58.614	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c430d7ab93a220e2764c787946a69e2	
V & V S.A - 80038216-1	395.000.000	04-12-2018	12:13:54.064	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	877b84d990c0f84a005cf356394677cd	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	396.000.000	04-12-2018	12:13:43.258	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0809a152afc27c4a6c0ee102d72378f2	
V & V S.A - 80038216-1	397.000.000	04-12-2018	12:13:40.712	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7348e7b4b4a0cb3b177e7602c142348b	
V & V S.A - 80038216-1	398.000.000	04-12-2018	12:13:31.922	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	918523ccf849a28c244520fc8d528006	
V & V S.A - 80038216-1	399.000.000	04-12-2018	12:13:25.798	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d627d311b8974f29100f86462456e74	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	400.000.000	04-12-2018	12:13:18.899	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	31e6532a0f09901a45992ca278071889	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	400.000.000	04-12-2018	12:13:24.777	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9103fe74030bb8e4e7fd7d58fea07cb0	
V & V S.A - 80038216-1	402.000.000	04-12-2018	12:13:18.401	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5466e99c6c83484376ed53cd74c83877	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	404.000.000	04-12-2018	12:13:09.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	163d3b0b6e65e37dd93cac2f6fd28818	
V & V S.A - 80038216-1	404.000.000	04-12-2018	12:13:13.005	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88a4cd3e2d45bc78ed288f8782cf3ff1	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	405.000.000	04-12-2018	12:13:03.234	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ede1b5dcb0c2bb273a13466b1b395a10	
V & V S.A - 80038216-1	406.000.000	04-12-2018	12:13:07.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f0c7a3caba6f023575f649cd2832c69	
V & V S.A - 80038216-1	407.000.000	04-12-2018	12:12:58.282	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc1550156666a9fcb8c87d051a29eda	
V & V S.A - 80038216-1	407.500.000	04-12-2018	12:12:53.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	975bf4d9ce484737a6758fc9f6948e5	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	408.000.000	04-12-2018	12:12:44.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5c1a0798d2efa28354a51a6a06f0cab	
V & V S.A - 80038216-1	409.500.000	04-12-2018	12:12:46.238	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54192b1a56450733ff9f8c99f9096ca9	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	410.000.000	04-12-2018	12:12:33.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	918d40d3980ff166f744e85a988ad35b	
V & V S.A - 80038216-1	415.000.000	04-12-2018	12:12:40.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8bdc3a3827e128e8b26d8393bd32778	
V & V S.A - 80038216-1	417.000.000	04-12-2018	12:12:35.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ef31294aef16cc741d27703bbd9ce02	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	418.000.000	04-12-2018	12:12:26.648	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c09f863db4383cfba5f0a8792964b91f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	420.000.000	04-12-2018	12:12:11.725	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4401138f164a886bba2a2e7cfbd68a82	
V & V S.A - 80038216-1	420.000.000	04-12-2018	12:12:21.485	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e0553b056963341047c9b47f920a249	
V & V S.A - 80038216-1	427.000.000	04-12-2018	12:12:16.212	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5eef3c12c7e73756e808e2016a5ad68b	
V & V S.A - 80038216-1	427.500.000	04-12-2018	12:12:06.695	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc6908a68aeea7734c82dab87882953e	
V & V S.A - 80038216-1	428.500.000	04-12-2018	12:11:58.853	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3908bd4cf7b4a3c9dba91a572ca97ef3	
V & V S.A - 80038216-1	429.500.000	04-12-2018	12:11:53.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c01157183bbe0ea37a2783e4da8b9e	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	430.000.000	04-12-2018	12:11:45.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08779ab9f97a2a7368450bb4cebc21a8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	430.000.000	04-12-2018	12:11:56.759	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27fd2d96f68a913e245b1b8c8b18c348	
V & V S.A - 80038216-1	432.000.000	04-12-2018	12:11:48.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	282c0b55349f44140ff0c7be2ab5fd26	
V & V S.A - 80038216-1	433.000.000	04-12-2018	12:11:42.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abf45ed1bb6ba3643b3440be4abc5f06	
V & V S.A - 80038216-1	434.000.000	04-12-2018	12:11:37.909	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	caa6fdcd2ff0a8bf894a63830c1edc6a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	435.000.000	04-12-2018	12:11:28.367	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e94243bed2990f436979aff3140af28	
V & V S.A - 80038216-1	443.000.000	04-12-2018	12:11:31.699	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	068d3cdde3610ff4df4769d3747ecb36	
VIPAL SA - 80019247-8	443.000.000	04-12-2018	12:12:40.071	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	0cd0083ff18937048c79d009b8fd5b73
V & V S.A - 80038216-1	443.500.000	04-12-2018	12:11:26.944
		Código Verificador:	9cd16a10ea8f8d82ff566211531b46b9
V & V S.A - 80038216-1	444.000.000	04-12-2018	12:11:22.021
		Código Verificador:	b7389c4c2df89b401156a06e5d91a7b3
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	445.000.000	04-12-2018	12:11:16.256
		Código Verificador:	5f0093ea039f08c79d5460f96cebd32
VIPAL SA - 80019247-8	445.000.000	04-12-2018	12:12:20.854
		Código Verificador:	2c537ccc95d28b10eb1ca6021e3e81eb
VIPAL SA - 80019247-8	446.000.000	04-12-2018	12:11:49.767
		Código Verificador:	b307d0bcea78de814c1018a096142ecf
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	448.000.000	04-12-2018	12:11:20.549
		Código Verificador:	a17bdcc0700c62c0cb31bb6bdadff139
VIPAL SA - 80019247-8	448.000.000	04-12-2018	12:11:21.556
		Código Verificador:	f0b968f72a7588dd641c8ffc22f0b551
V & V S.A - 80038216-1	449.000.000	04-12-2018	12:11:17.714
		Código Verificador:	86230a2500cae286d65b8116ac826d4d
V & V S.A - 80038216-1	449.500.000	04-12-2018	12:11:12.596
		Código Verificador:	10c44a5e6cded16faf87f7e5baad9ed4
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	450.000.000	04-12-2018	12:10:48.441
		Código Verificador:	ec66bd29dfafeecf7b01e11c11819f03
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	450.000.000	04-12-2018	12:10:58.451
		Código Verificador:	2268baecca8b9839e4e2f84f650a8ca9
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	453.550.000	04-12-2018	12:12:10.628
		Código Verificador:	7a697b35d371c781d67ebd3f36690ca0
VIPAL SA - 80019247-8	459.400.000	04-12-2018	12:11:03.921
		Código Verificador:	394ab3f7c66e0759b234e1712cb5d954
V & V S.A - 80038216-1	459.574.335	03-12-2018	08:01:33.218
		Código Verificador:	7f9fd852f0b4d56e0f845281fc61cc10
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	460.000.000	03-12-2018	08:01:33.214
		Código Verificador:	d44b9a0386258725c9ae9bc00f98a873
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	480.000.000	03-12-2018	08:01:33.216
		Código Verificador:	190ca71e92d0e97149bb3f53088de3bc
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	480.000.000	03-12-2018	08:01:33.217
		Código Verificador:	fbfd2875d30dc32b5ec2aa2a6ae266be
VIPAL SA - 80019247-8	539.039.588	03-12-2018	08:01:33.215
		Código Verificador:	9361f90fec2542d921de398fbd9dbd1

31 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	730.000.000	04-12-2018	12:56:40.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97b730306b45f5d61b7ad5e627c35d72	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	730.000.000	04-12-2018	12:56:41.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d314b298a236cbf7510fac7ad2bb87e0	
V & V S.A - 80038216-1	733.000.000	04-12-2018	12:56:40.270	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61ddae9b7d821c3be53fd2c10e9e1c60	
V & V S.A - 80038216-1	735.000.000	04-12-2018	12:56:35.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a9b573c81ce5a4171a2e1f31ae4c3ad	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	740.000.000	04-12-2018	12:56:27.018	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7858d52ddceeb1d576cfaf044f9188f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	740.000.000	04-12-2018	12:56:34.812	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b09b078c04fbefeb603b086c6a443a8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	750.000.000	04-12-2018	12:56:29.802	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4829c794083e69f1ab4c26e8e7cbb987	
V & V S.A - 80038216-1	757.000.000	04-12-2018	12:56:30.679	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9135d0619a3c2cc8b5da9aae192ab39d	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	758.000.000	04-12-2018	12:56:25.054	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5afc3949ccf32603e1bff7fd824e8e09	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	760.000.000	04-12-2018	12:56:16.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	497b90dfde55263d2dbadbb6c0e1f80c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	760.000.000	04-12-2018	12:56:25.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aab49abf22ce90b5334a0b71201b755f	
V & V S.A - 80038216-1	765.000.000	04-12-2018	12:56:18.542	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e8a02882badf6179dfaf50386f9bdc2	
V & V S.A - 80038216-1	769.000.000	04-12-2018	12:56:13.945	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9a5c41a5870f5955e6f0683f78c340a	
V & V S.A - 80038216-1	770.000.000	04-12-2018	12:56:04.231	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09778e5d8f6cc6d787f6ece30d025cf8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	770.000.000	04-12-2018	12:56:04.706	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7895b4b95ce0908ede38ff775ad377ba	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	780.000.000	04-12-2018	12:55:55.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1c3b4a5555a6a1c7538859e3fb21f8c	
V & V S.A - 80038216-1	799.500.000	04-12-2018	12:55:59.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34d115b2d1b5d182aa09a108077a4115	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	800.000.000	04-12-2018	12:55:52.693	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ab47fe8ea647d78252c08902b5fab92	
V & V S.A - 80038216-1	809.500.000	04-12-2018	12:55:53.226	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22e100d89d6ad1ae9289240d5aa818b7	
V & V S.A - 80038216-1	809.750.000	04-12-2018	12:55:47.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b27823fdeff3c0faff03f6c40b2b788a	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	810.000.000	04-12-2018	12:55:39.110	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d802264b4631d30469b7f029a42f4c24	
V & V S.A - 80038216-1	811.500.000	04-12-2018	12:54:14.620	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0c8a6f3374e4678c7ddb2530b814888	
V & V S.A - 80038216-1	811.750.000	04-12-2018	12:54:09.523	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b425265d30eee357c4a0d771dc7eb10	
V & V S.A - 80038216-1	812.000.000	04-12-2018	12:54:03.285	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6d8b8682167a6974673d74f988c06c4	
V & V S.A - 80038216-1	812.500.000	04-12-2018	12:53:58.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7573fffa165caa04c436e7cc3cbd97dd	
V & V S.A - 80038216-1	813.000.000	04-12-2018	12:53:52.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d13a7e8ea51790a8aa8ce44535ebcde	
V & V S.A - 80038216-1	813.500.000	04-12-2018	12:53:46.329	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5feb070152be7f302a91c78e01cea3d3	
V & V S.A - 80038216-1	814.000.000	04-12-2018	12:53:37.624	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0fc10ac75fecfe7c8dc525ddb79303e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	814.500.000	03-12-2018	08:01:33.535	Propuesta
		Código Verificador:	bcd46e1463ce3b7a90d9de75dbd5c32	
V & V S.A - 80038216-1	847.800.000	03-12-2018	08:01:33.536	Propuesta
		Código Verificador:	4dfbf275131dbf52ff7c197ff5b0cd58	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	887.216.850	03-12-2018	08:01:33.537	Propuesta
		Código Verificador:	93017b981984b634eff1c29f777dff7e	
ALBATROS SACI - 80002766-3	936.000.000	04-12-2018	12:56:39.131	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f898372e8372b63dec5af4b9704489a9	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	940.000.000	04-12-2018	12:56:07.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53973754e532d30aab13fd21f7cacefd	
ALBATROS SACI - 80002766-3	945.000.000	04-12-2018	12:56:02.347	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a09e6aee336157ce683e85f0bbf5138	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	950.000.000	04-12-2018	12:55:18.544	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a0f9d3534655a389723c22831a1de4a	
ALBATROS SACI - 80002766-3	963.000.000	04-12-2018	12:55:26.541	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	259a00848db0ce956ed0b49cb11507c4	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	970.000.000	04-12-2018	12:54:24.971	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	698f5ae010cbd6616798558d5577ba75	

Listado General de todas las Ofertas

ALBATROS SACI - 80002766-3	981.000.000	03-12-2018	08:01:33.534	Propuesta
		Código Verificador:	d1b6266417844bf179f9c67cee8eb1bb	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	985.923.972	03-12-2018	08:01:33.532	Propuesta
		Código Verificador:	767f85c618f9cc6f007ead4754ea734	
VIPAL SA - 80019247-8	1.157.123.151	03-12-2018	08:01:33.533	Propuesta
		Código Verificador:	cc46a6fd831dfeaaf91ba924ff71c9a	

32 - NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	17.160.000	03-12-2018	08:01:33.600	Propuesta
		Código Verificador:	d17368d932f6e8ec0678e811a74fded3	

33 - SERVOCUNA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	188.850.000	04-12-2018	13:28:17.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb19440d9906d42e6abef8198f23a62	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	189.000.000	04-12-2018	13:27:48.645	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6deabc5ad7ec1eced3bebe70c3762b	
V & V S.A - 80038216-1	189.900.000	04-12-2018	13:26:51.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c59b47e552fc7a2d82bda29f2ad56843	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	190.000.000	04-12-2018	13:25:53.923	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	582e88be18a18c3c070a17432b055086	
V & V S.A - 80038216-1	190.500.000	04-12-2018	13:26:17.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01d56f76162d9a8f7b0ab555c1ee9ad8	
V & V S.A - 80038216-1	190.999.950	04-12-2018	13:24:48.793	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54f98eb5c1668cdaf8469740b3092606	
V & V S.A - 80038216-1	191.000.000	04-12-2018	13:22:48.092	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe616281d8d1057988f85a72a15f834e	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	191.833.710	03-12-2018	08:01:33.967	Propuesta
		Código Verificador:	26d9e9a84c855083cdd1dbdca186eac9	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	301.500.000	04-12-2018	13:24:05.766	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4153fe27b6524d3f1124336545263037	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	330.000.000	03-12-2018	08:01:33.969	Propuesta
		Código Verificador:	91c810f073cad193a68c95a25d8ddc28	
V & V S.A - 80038216-1	366.600.000	03-12-2018	08:01:33.972	Propuesta
		Código Verificador:	4f3ee72f3bf5ce6b8c7795aa3d5a0d04	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	375.000.000	03-12-2018	08:01:33.971	Propuesta
		Código Verificador:	71f70de37afe0896296c185a57525c1d	
VIPAL SA - 80019247-8	613.123.758	03-12-2018	08:01:33.970	Propuesta
		Código Verificador:	1ee98d5c51b7342199876bd3c9243f12	

34 - SILLA DE EXTRACCION DE SANGRE

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	5.000.000	03-12-2018	08:01:34.022	Propuesta
		Código Verificador:	d1fde14bb0bd0b1d45c24eb0eaa9c754	

35 - SILLA DE RUEDAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	42.500.000	03-12-2018	08:01:34.077	Propuesta
		Código Verificador:	a35712bc351e72aa36180f33d3abce13	

36 - SILLON ODONTOLOGICO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	85.000.000	04-12-2018	14:35:49.700	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7622edd2b0fd4b8f95a5cba1ffa24d82	

Listado General de todas las Ofertas

ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	90.000.000	04-12-2018	14:35:17.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1757ff5a6a9bf8739d68023b3e7ac09	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	109.861.260	04-12-2018	14:35:42.158	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a3413adc7a85ac5ca665aed0977cee8	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	128.500.000	04-12-2018	14:35:13.263	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c28224d06949903a3b251ce5a199de5	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	128.900.000	04-12-2018	14:35:04.817	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad2a77dc552f0fdb5ba44e5659f94ab	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	129.000.000	04-12-2018	14:34:44.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54c226682863ab02c3487f4ed9d91e50	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	130.000.000	03-12-2018	08:01:34.123	Propuesta
		Código Verificador:	6fe2d972b2d43158d42c1a8c96cfcee4	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	131.833.512	03-12-2018	08:01:34.122	Propuesta
		Código Verificador:	6d73b4dfb9248b8a09d30d4f3af7c5d7	

37 - TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	608.900.000	04-12-2018	15:08:49.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59bd542c3b26af6bf1c8738831422dd2	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	609.000.000	04-12-2018	15:08:26.839	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35d80b9f8868c7c4608152280c740734	
ALBATROS SACI - 80002766-3	609.900.000	04-12-2018	15:08:12.962	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cc62d68ce25baa133eec40a342c2c83	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	610.000.000	04-12-2018	15:07:27.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1ad6f353d453f49be7466de675f6396	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	614.000.000	04-12-2018	15:07:17.522	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d049f0c0c215a95df72dcd35c5349b6f	
ALBATROS SACI - 80002766-3	614.500.000	04-12-2018	15:07:04.042	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc79c6beb0ae23dfa49e612740079b0a	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	615.000.000	04-12-2018	15:06:50.693	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97255c465688c096799f74f666077b41	
ALBATROS SACI - 80002766-3	619.500.000	04-12-2018	15:06:44.400	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0569d7e56e9588dbfe143797c1c33972	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	620.000.000	04-12-2018	15:06:23.667	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	796ddb9772acfd9198def7702b7db68	
ALBATROS SACI - 80002766-3	621.500.000	04-12-2018	15:06:06.320	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3de62569cc3b00f020a92fcae6958e44	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	622.000.000	04-12-2018	15:05:52.556	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f2d277f86b5494d05bf7ab8e290299f	
ALBATROS SACI - 80002766-3	623.500.000	04-12-2018	15:05:43.381	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a610d6bb6649ff0a43c2faecd8b4741	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	624.000.000	04-12-2018	15:05:23.624	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	317c372b9a0d6fa5f3f76954378d580e	
ALBATROS SACI - 80002766-3	625.500.000	04-12-2018	15:05:03.407	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	959a21b6f2a9a8b449d38d6d7ffe80e2	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	626.000.000	04-12-2018	15:04:52.030	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d68afc69401bbe77aab8ec199633da37	
ALBATROS SACI - 80002766-3	629.500.000	04-12-2018	15:04:34.588	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f788ed73ad43680d75919a8be67cdb4f	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	630.000.000	04-12-2018	15:02:21.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b898d86103eefde2b72d7624452f4ea2	
ALBATROS SACI - 80002766-3	640.000.000	04-12-2018	15:01:43.047	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2970a557b61d64838a265f31e54b2ea	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	641.000.000	04-12-2018	15:01:17.314	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f798ab1da4cecf9c3056730b4e824dd7	

Listado General de todas las Ofertas

B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	641.400.000	03-12-2018	08:01:34.303	Propuesta
		Código Verificador:	feca486abe73c3ca873785e56d789f0a	
ALBATROS SACI - 80002766-3	750.000.000	04-12-2018	15:00:44.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eed2565a8a374806f2f30a81bcf8c64f	
ALBATROS SACI - 80002766-3	790.000.000	04-12-2018	14:59:59.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d36b602c5fbc294b61b1d0ec166f21cd	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	800.000.000	03-12-2018	08:01:34.304	Propuesta
		Código Verificador:	2e90e37fb1c411de720bf7b145038b3f	
ALBATROS SACI - 80002766-3	975.000.000	03-12-2018	08:01:34.302	Propuesta
		Código Verificador:	152d6fb3f3f06a8d471b0a5ff8cdf19	

38 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	82.400.000	04-12-2018	15:34:13.181	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	99910db7d0332ed232083cddc6aa323b	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	82.500.000	04-12-2018	15:33:50.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b55e3c60689fd8674dd6e3a7261d512	
V & V S.A - 80038216-1	82.750.000	04-12-2018	15:33:35.382	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	def1423c8eaca3875f98ddb3edb48453	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	82.900.000	04-12-2018	15:33:24.146	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17c96fbc4d1622db4d7d5b15972328f	
V & V S.A - 80038216-1	83.750.000	04-12-2018	15:33:28.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6be9801acd84374acd78995c8a493d92	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	84.000.000	04-12-2018	15:32:59.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6255345840f06495526c5f110d8393d0	
V & V S.A - 80038216-1	84.000.000	04-12-2018	15:33:07.823	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfbd6d9ac038f9cdfb5f19e65b839da9	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	85.000.000	04-12-2018	15:32:41.878	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd3b47887b8ebfa3047b0effe3ca1c0f	
V & V S.A - 80038216-1	85.000.000	04-12-2018	15:32:50.652	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6df75de6ac59c6f7f8dbec5d2e38b22	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	87.000.000	04-12-2018	15:32:10.821	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6820a9639678b26044be6db6415f0b0	
V & V S.A - 80038216-1	87.000.000	04-12-2018	15:32:32.983	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9dd172104f53178cb7678692dc900d8a	
V & V S.A - 80038216-1	87.950.000	04-12-2018	15:32:04.279	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	601e90439188ad4d67ff08a713bfd640	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	88.000.000	04-12-2018	15:31:57.042	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80165d6d1d7b0d9f65a89a5dc5ac9bc6	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	89.000.000	04-12-2018	15:31:47.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4efd6d1508d188ad578820aaeb9a06ac	
V & V S.A - 80038216-1	89.000.000	04-12-2018	15:31:56.945	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd13eee9c06ea213305a2b887ea28059	
V & V S.A - 80038216-1	89.850.000	04-12-2018	15:31:41.273	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e96c761cf2bd0e14e773c3da681fba2	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	90.000.000	04-12-2018	15:31:29.552	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17105f917972559bbcd0355a92bb4948	
V & V S.A - 80038216-1	90.000.000	04-12-2018	15:31:35.285	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b00a81acbbd47524de4e7fbb1149329	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	93.000.000	04-12-2018	15:31:00.108	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9700bd5dcad5d248385bb2cdd7727d9e	
V & V S.A - 80038216-1	93.000.000	04-12-2018	15:31:11.539	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2874b3299d5f966b48b03317bf5a9d0	
V & V S.A - 80038216-1	93.950.000	04-12-2018	15:30:48.463	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	176ea653639d9d4d696b4e112e436949	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	94.000.000	04-12-2018	15:30:38.100	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3b01ccdbd9b5b79e2a0608188ddc9d3	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	94.750.000	04-12-2018	15:30:42.379	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acb2dc6c6f6d8e8ad0d077eb4216a9a2	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	95.000.000	04-12-2018	15:30:19.538	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3b776f2ed1b84eeb929d5eb726a745d	
V & V S.A - 80038216-1	95.000.000	04-12-2018	15:30:30.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fea35617ef11ce2db97ddfc951ff58dd	
V & V S.A - 80038216-1	96.950.000	04-12-2018	15:30:24.059	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f02b5d44a6e6db25aa27fe728326972d	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	97.000.000	04-12-2018	15:29:54.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6135e6243ee9790a7f723c9813b79e6f	
V & V S.A - 80038216-1	97.000.000	04-12-2018	15:30:03.816	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	961d738e50f9b65b14cbd450f1ea1979	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	98.500.000	04-12-2018	15:29:35.994	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7edbac2204b65ee1693e969abdfa55d	
V & V S.A - 80038216-1	98.500.000	04-12-2018	15:29:49.708	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c067e663f93c15c8a149d4ad7b864189	
V & V S.A - 80038216-1	98.750.000	04-12-2018	15:29:31.778	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1405bd45db904204e6976507287c4d0e	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	99.000.000	04-12-2018	15:29:15.183	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09a596ea25aa5594fb7cfa306c7964b	
V & V S.A - 80038216-1	100.500.000	04-12-2018	15:29:19.669	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39e56864822803ccb7b248bad6a003ed	
V & V S.A - 80038216-1	100.650.000	04-12-2018	15:29:14.706	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a12fc0ed5e150e87ae8e3010dbd7a22	
V & V S.A - 80038216-1	100.750.000	04-12-2018	15:29:03.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2483cdf2ca4aa4d486e6662c63e7084f	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	100.800.000	04-12-2018	15:28:59.885	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6d68e19318b2b979f04137cb892e7be	
V & V S.A - 80038216-1	100.850.000	04-12-2018	15:28:58.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e813b1d30e0896cdc23358fefe09349	
V & V S.A - 80038216-1	100.950.000	04-12-2018	15:28:53.964	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	549a0f47bebd22888b33494685e4701c	
V & V S.A - 80038216-1	101.000.000	04-12-2018	15:28:48.621	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7b779e0012400dfc0bef944a635153	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	101.100.000	04-12-2018	15:28:38.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	780438cb6773fc29fcdf93a78eedc39b	
V & V S.A - 80038216-1	101.500.000	04-12-2018	15:28:41.886	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aecf1d9f0ad4494106482f2a6118f250	
V & V S.A - 80038216-1	101.650.000	04-12-2018	15:28:37.182	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84f4dd60fe64466300296fad1a035dc2	
V & V S.A - 80038216-1	101.750.000	04-12-2018	15:28:32.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9cb8b22ddd257d93eef06efbbe49a7	
V & V S.A - 80038216-1	101.850.000	04-12-2018	15:28:27.286	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	186dc8277e0141b06a57b935c6645194	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	101.900.000	04-12-2018	15:28:14.852	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	239dd25160aa3b248cd7576e7ddd0510	
V & V S.A - 80038216-1	102.000.000	04-12-2018	15:28:09.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98f07d0c098f7e353750c357e1f2d26b	
V & V S.A - 80038216-1	102.500.000	04-12-2018	15:27:58.992	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db535cadf8099950ff23ded7bb8a4670	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	103.000.000	04-12-2018	15:27:50.783	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	115ab58811ec3a88f81db8899efd706c	
V & V S.A - 80038216-1	103.750.000	04-12-2018	15:27:52.506	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b81fb8f2380b006f9506bf2fa3e491e3	
V & V S.A - 80038216-1	104.500.000	04-12-2018	15:27:42.661	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e945ae0a7a3e8d21f274c1ac6c75c889	
V & V S.A - 80038216-1	104.850.000	04-12-2018	15:27:36.465	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62cd2b4441811e4d630c0c73ac7b911f	

Listado General de todas las Ofertas

CODEX S.R.L. - 80000173-7	105.000.000	04-12-2018	15:27:27.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b8822a6c5d29daacc5b133074f586ba	
V & V S.A - 80038216-1	107.650.000	04-12-2018	15:27:23.709	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b102b52a5b25a6f23b1ecb44ec9f2b8c	
V & V S.A - 80038216-1	108.000.000	04-12-2018	15:27:17.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73c8d87d68feb96d5bd81ff89033aef1	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	109.500.000	04-12-2018	15:27:29.341	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd3e5e01cd7ce8e0bdce35cfcf8345de	
V & V S.A - 80038216-1	109.750.000	04-12-2018	15:27:12.976	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24d5e57c933d91647f887c32bf78b442	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	110.000.000	04-12-2018	15:27:05.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f5c01765ff141927a18e3d55056badb	
V & V S.A - 80038216-1	111.350.000	04-12-2018	15:27:03.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	939aa2f6cd53eaf5519bf8ee30125536	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	111.500.000	04-12-2018	15:26:57.740	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03ad4174c6206fcac6d60953423bc96a	
V & V S.A - 80038216-1	111.800.000	04-12-2018	15:26:58.009	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80e968bea9e240f9de15022f45dc5ea1	
V & V S.A - 80038216-1	111.950.000	04-12-2018	15:26:52.144	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd37f5f530af89ae9fa649883a342225	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	112.000.000	04-12-2018	15:26:45.416	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1f44b411c3e0a614a98edc21cf611ef	
V & V S.A - 80038216-1	112.250.000	04-12-2018	15:26:45.931	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f684a5acd46f79317b3d37d5e3336552	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	112.500.000	04-12-2018	15:26:38.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	736b127139443b99424523887047f94c	
V & V S.A - 80038216-1	112.500.000	04-12-2018	15:26:40.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fac329522fd8ee5b2af4e8e13b8f8dd2	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	113.000.000	04-12-2018	15:26:22.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aff46ca1b1d9fae624a1a09f3c46acb6	
V & V S.A - 80038216-1	114.000.000	04-12-2018	15:26:20.466	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d3d65df973330e2e2f02c4d9522e61d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	114.500.000	04-12-2018	15:26:10.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3a03c3f081da02d957b45bb53ec745b	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	115.000.000	04-12-2018	15:25:49.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4c5778364ba44bf73e3c45e7c1e0072	
V & V S.A - 80038216-1	115.000.000	04-12-2018	15:26:14.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f11c3156889486d18c831651fce24edf	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	115.000.000	04-12-2018	15:26:21.256	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	099b022929f8ce378bd7d376195ba063	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	118.000.000	04-12-2018	15:19:39.311	Etapa de Puja
		Código Verificador:	06a9b679c5336b6bcb7d5a8323ded504	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	118.600.566	03-12-2018	08:01:34.617	Propuesta
		Código Verificador:	e9183a4a2e1874f604bab1d4cb3e7298	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	130.000.000	03-12-2018	08:01:34.630	Propuesta
		Código Verificador:	6fd402289ea44bf62c67902c42a5b10c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	147.000.000	04-12-2018	15:31:14.964	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	565a4062a981f6cee01cbe129aa8be76	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	147.900.990	04-12-2018	15:31:01.498	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38d71e6393f3aa3ba377a408c63587da	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	149.900.990	04-12-2018	15:30:53.996	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7074a270b30eb073f4fe23e5a7d2eda0	
ALBATROS SACI - 80002766-3	150.000.000	04-12-2018	15:30:37.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc182b9c9fa7ca81f25977e44a470ac1	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	154.000.000	04-12-2018	15:28:30.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31f9461e8da8e8d805626d8624eca6ca	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	155.000.000	04-12-2018	15:28:11.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a307c0e499ff04d8f977ffd1b1c89021	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	158.000.000	03-12-2018	08:01:34.631	Propuesta
		Código Verificador:	d834eaa87067b16d047b19af5d970b2c	
ALBATROS SACI - 80002766-3	158.000.000	04-12-2018	15:27:22.347	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65684835c058c6ac2dae935e7c27bb46	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	160.000.000	03-12-2018	08:01:34.628	Propuesta
		Código Verificador:	c81bad7682a77e30ad04c59a0c40517e	
ALBATROS SACI - 80002766-3	180.000.000	03-12-2018	08:01:34.627	Propuesta
		Código Verificador:	318ff0d490a2481f72b5401430f841ac	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	190.000.000	03-12-2018	08:01:34.629	Propuesta
		Código Verificador:	cf77e399a24415364cbcd2c2641da908	

39 - VENTILADOR PULMONAR DE TRASLADO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	206.600.000	04-12-2018	15:53:25.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa5c75dc42100bb235da29c053b2db31	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	207.000.000	04-12-2018	15:53:10.471	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3bf9c9a1569023462dd135b96684e459	
V & V S.A - 80038216-1	207.000.000	04-12-2018	15:53:21.565	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c94f75d77320078225efa472519eb34	
V & V S.A - 80038216-1	208.500.000	04-12-2018	15:53:13.754	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ba24aae46af6800f4d66b42483f6dea	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	208.600.000	04-12-2018	15:53:18.811	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	487809339bd18dd45a6d06422ec52a17	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	208.900.000	04-12-2018	15:53:02.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfad3655d45413dd13cdac294c84fef6	
V & V S.A - 80038216-1	209.000.000	04-12-2018	15:52:24.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78c7751edcd0451f10c48493322b886f	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	210.000.000	04-12-2018	15:52:17.363	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec20ed023bba01ecfa6280e6b85e32ee	
V & V S.A - 80038216-1	212.000.000	04-12-2018	15:52:08.183	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44326985437c90b1d1205e96fc64d9e7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	213.000.000	04-12-2018	15:52:10.935	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46184400dce26a553ebb5c5a2bc24ab	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	214.000.000	04-12-2018	15:51:59.870	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d258ebb64f72afc84a7a62b14ddc26fe	
V & V S.A - 80038216-1	214.000.000	04-12-2018	15:52:02.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52d412d3589e962cb1ad29cdabd4de594	
V & V S.A - 80038216-1	215.000.000	04-12-2018	15:51:37.282	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0a71ece4b622e9662a915be67b74d72	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	215.000.000	04-12-2018	15:51:52.682	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e08e94ea301e86c416afd29098b9811d	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	216.000.000	04-12-2018	15:51:39.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	648f148fac5b1cc64e0dbcb41301069b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	217.000.000	04-12-2018	15:51:42.035	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4352f2c3d3ed9bedf103ad76818b0f0	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	217.800.000	04-12-2018	15:51:29.746	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5f2ad74a3641eff372b9fbd4a7cfa40	
V & V S.A - 80038216-1	218.000.000	04-12-2018	15:51:13.560	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f127c6622967d5a9263437a21c981bf3	
V & V S.A - 80038216-1	220.000.000	04-12-2018	15:50:10.222	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4c526dd34c2b33568768290f2ebd413	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	220.000.000	04-12-2018	15:50:59.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	169951d5fba0a0ab1a586f16d03cc0a5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	222.800.000	04-12-2018	15:51:06.255	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61e71da65647f59a05d046079aa8d5de	

Listado General de todas las Ofertas

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	223.800.000	04-12-2018	15:50:49.520	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08d623481cb936561c8d647b45d89e99	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	224.000.000	04-12-2018	15:50:45.500	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f3a36236d7390902730fa3891353798	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	225.800.000	04-12-2018	15:50:45.310	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ace5958ce0afb21e65f6e8bbf40bf4c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	225.900.000	04-12-2018	15:50:41.141	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0a388ea14d9252224c2708bb074a870	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	226.000.000	04-12-2018	15:50:29.735	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19180c7401f2482e40b3c148801a1908	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	228.000.000	04-12-2018	15:50:22.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89b7ce361a871a17542aa3a89b056676	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	229.000.000	04-12-2018	15:50:10.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2587e4d355b3682abe6c4becf3bce7f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	231.000.000	04-12-2018	15:50:09.010	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	adaa92e6b30b973238c0f27402b28ee4	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	232.000.000	04-12-2018	15:49:54.572	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c83fd47faee37257bbe07aa32fc811f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	235.000.000	04-12-2018	15:49:45.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	830d3d8b526ba380fd4bc09519b0b4a5	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	236.000.000	04-12-2018	15:49:47.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c6eb30fedf80c08c7a5f3b655ec67e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	238.000.000	04-12-2018	15:49:37.688	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	415fcfcc41cc9e16c2e3fef892f87f2	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	238.000.000	04-12-2018	15:49:37.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37580f4e3c8207dee19c69f483cbb115	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	239.000.000	04-12-2018	15:49:33.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdd449a26d5055df379e4677b3324fc0	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	240.000.000	04-12-2018	15:49:19.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f62b811391f9dd331eda6481e6ad3908	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	243.000.000	04-12-2018	15:49:29.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f8259e84976d3d0b90177e7d6cf8b4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	244.000.000	04-12-2018	15:49:17.624	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48b80e57f1516a9f15d721bb3828fce5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	245.000.000	04-12-2018	15:49:12.497	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a8061e8d1ef41170c24c489e0822540	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	245.900.000	04-12-2018	15:49:06.148	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	862611b365b69e69820237bf3cc604e9	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	249.000.000	04-12-2018	15:48:53.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5b8b1ccde98dd815d451057c58547dc	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	253.900.000	04-12-2018	15:48:57.075	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a3e273d8a3d06bb590ba28cc07b9016	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	255.000.000	04-12-2018	15:48:43.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	940ed0fb2c2fad4a4aeb85453fb0285f	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	255.000.000	04-12-2018	15:48:45.237	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e328a587595211cd9888eabd26a99499	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	255.500.000	04-12-2018	15:48:39.926	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0afb95efb26914e48a77a14348f763c2	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	256.000.000	04-12-2018	15:48:33.149	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97a5f1ca5490901c27b0a68bb1590b99	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	260.000.000	04-12-2018	15:48:20.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc1ccfc37769bf9eaadddac951841c8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	260.000.000	04-12-2018	15:48:25.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2cf7f8f4fa95813ea456ff20de9d0fd	

Listado General de todas las Ofertas

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	265.000.000	04-12-2018	15:48:06.863	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b252e11d52b029e77ef000321a8c6aec	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	269.000.000	04-12-2018	15:48:02.162	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	892a0c85b6a76fc9b56915b219988eb5	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	270.000.000	04-12-2018	15:47:54.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c3622b9b09c6027e645b8a2647fc1f5	
V & V S.A - 80038216-1	270.000.000	04-12-2018	15:48:04.765	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cad9afbe9414353733c9f4ab0e85ef7	
V & V S.A - 80038216-1	271.500.000	04-12-2018	15:47:58.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9af57388cd70ec426fe3cff94b4736e3	
V & V S.A - 80038216-1	272.000.000	04-12-2018	15:47:53.648	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16450bb9710fa7025a3b60993b51feef	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	273.000.000	04-12-2018	15:47:46.967	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5da149af59a0b277426ef0248288ee4c	
V & V S.A - 80038216-1	274.000.000	04-12-2018	15:47:48.793	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c635f18bc483d699a54c623d0ecd8b01	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	275.000.000	04-12-2018	15:47:38.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b4539e919de4e5b009402bc2de86ba1	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	275.000.000	04-12-2018	15:47:45.039	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cabb29504a9ec6090b42be33d0c04e26	
V & V S.A - 80038216-1	277.500.000	04-12-2018	15:47:41.032	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a83177320caf44fca004d3357a537e46	
V & V S.A - 80038216-1	278.000.000	04-12-2018	15:47:36.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d88ac92c9ed352de00240186a8ff4e4d	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	279.000.000	04-12-2018	15:47:25.188	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebc608598fb6ead1c5a3111b91a33e30	
V & V S.A - 80038216-1	279.000.000	04-12-2018	15:47:29.927	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52bb0b7af716e7ceca0f33adf307f127	
V & V S.A - 80038216-1	279.500.000	04-12-2018	15:47:24.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	359484167bad315b01ff6c20e127063d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	280.000.000	04-12-2018	15:47:15.989	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d25b0f92193dc734795b944e6620f474	
V & V S.A - 80038216-1	280.000.000	04-12-2018	15:47:19.363	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c2786ffadf0eef8408f9e3ba737085b	
V & V S.A - 80038216-1	281.000.000	04-12-2018	15:47:14.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae6e5877c5d79f42304497886b3523cb	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	282.000.000	04-12-2018	15:47:09.263	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e53c789c702eab05c483a6b69c6e8dd6	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	283.000.000	04-12-2018	15:47:08.597	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cce528912ad3bc9e4f407e8021022218	
V & V S.A - 80038216-1	283.000.000	04-12-2018	15:47:09.981	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ac8d66f66cd211b06c971f6f253b218	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	284.000.000	04-12-2018	15:47:02.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	835d21485ea0f1e4144113a6aa0760a7	
V & V S.A - 80038216-1	284.500.000	04-12-2018	15:47:04.100	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2957376c30fa6d65d2098e56d671d1af	
V & V S.A - 80038216-1	284.950.000	04-12-2018	15:46:59.405	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	913e92c7a9d9717f14b64997da9fec39	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	285.000.000	04-12-2018	15:46:51.664	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f78378c122430b552163836303ce78b	
V & V S.A - 80038216-1	286.000.000	04-12-2018	15:46:54.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1fce505f9b8a02e15b1df43415f249d7	
V & V S.A - 80038216-1	287.000.000	04-12-2018	15:46:49.540	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed9e169a1c2ae90f9a215a234668b04c	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	288.000.000	04-12-2018	15:46:43.328	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1f8dadcd3e39d794b29b82b501da8e7f	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	289.500.000	04-12-2018	15:46:44.838	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bac7075c2f582fd06dd79fa162fe1dc6	
V & V S.A - 80038216-1	289.750.000	04-12-2018	15:46:39.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ece62111053a80e63ff6387fee1b3d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	290.000.000	04-12-2018	15:46:31.581	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd0dff9df56c08dc9878d8d6fc9930ac	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	292.000.000	04-12-2018	15:46:32.658	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f6a92ae9146cb222eab32369cab92a	
V & V S.A - 80038216-1	294.500.000	04-12-2018	15:46:33.413	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb5efe168ca6ba6717a2f0204a53ae11	
V & V S.A - 80038216-1	294.750.000	04-12-2018	15:46:28.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31ffd62627459babc426c37851f18b91	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	295.000.000	04-12-2018	15:46:18.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e32cbb68a2cc04cf80d4a836ca8e4d63	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	295.000.000	04-12-2018	15:46:22.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	082345dafa89bdb9119884f47572fc80	
V & V S.A - 80038216-1	299.250.000	04-12-2018	15:46:22.058	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b559fa1937ea0ad50bb9c545fa678aa	
V & V S.A - 80038216-1	299.500.000	04-12-2018	15:46:16.374	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbc53fea726e4de0cee67a1742b94d47	
V & V S.A - 80038216-1	299.750.000	04-12-2018	15:46:07.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63dab92db57db423ab2ca17ebd27e4bc	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	300.000.000	03-12-2018	08:01:34.781	Propuesta
		Código Verificador:	9ce4053ede0bca35e74e5dacd90a48b4	
V & V S.A - 80038216-1	327.360.000	03-12-2018	08:01:34.783	Propuesta
		Código Verificador:	cd63eb38a9f6b35e01fa8b4a8e6439cb	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	330.000.000	03-12-2018	08:01:34.782	Propuesta
		Código Verificador:	16e8151227e4a2843303be5116fc05ff	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - ASPIRADOR QUIRÚRGICO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	324.500.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	330.000.000

2 - AUTOCLAVE ODONTOLOGICO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	19.006.020
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	35.000.000
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	38.362.000

3 - BALANZA CON ALTÍMETRO DIGITAL

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	12.592.000

4 - BICICLETA ESTATICA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	13.534.000

5 - CAMA DE INTERNACION

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	487.993.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	489.880.000

6 - CAMILLA FIJA

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	22.850.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	23.000.000

7 - CAMILLA DE TRASLADO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	255.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	256.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	385.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	414.540.000

8 - CAMILLA GINECOLOGICA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	6.652.000

9 - CAMILLA ORTOSTÁTICA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	19.140.000

10 - CAMPANA DE FLUJO LAMINAR

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	76.900.000
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	76.950.000

11 - CINTA CAMINADORA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	13.285.440

12 - COLPOSCOPIO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	88.750.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	88.900.000

13 - DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	506.592.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	506.600.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	520.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	543.600.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	729.000.000

14 - DETECTOR DFETAL

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	2.990.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.590.000

15 - ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPOSITO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	514.500.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	515.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	544.000.000

16 - ELECTROCARDIOGRAFO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	54.498.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	55.656.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	61.350.000
VIPAL SA - 80019247-8	125.087.400

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	158.875.200
----------------------------------	-------------

17 - ELECTROESTIMULADOR TENS

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	4.820.000

18 - EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	51.906.400

19 - EQUIPO DE ONDAS CORTAS

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	12.974.000

20 - EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	415.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	424.500.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	509.000.000
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA - 990840-4	510.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	574.000.000
VIPAL SA - 80019247-8	1.320.342.938

21 - EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO

Oferente	Mejor Precio
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	27.000.000

22 - EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	17.976.000

23 - ESPIROMETRO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	25.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	25.071.943

24 - ESTUFA DE ESTERILIZACION

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	11.760.000

25 - INCUBADORA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	179.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	180.000.000
VIPAL SA - 80019247-8	361.500.000

26 - INCUBADORA DE TRANSPORTE

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	137.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	138.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	158.000.000

27 - LAMPARA SCIALÍTICA PORTÁTIL

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	96.760.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	97.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	140.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	176.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

28 - LAMPARA CUELLO DE CISNE

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	5.742.000

29 - LAMPARA INFRARROJA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	4.872.500

30 - MAQUINA DE ANESTESIA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	370.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	374.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	375.000.000
VIPAL SA - 80019247-8	443.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	453.550.000

31 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

Oferente	Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	730.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	730.000.000
V & V S.A - 80038216-1	733.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	936.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	940.000.000
VIPAL SA - 80019247-8	1.157.123.151

32 - NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	17.160.000

33 - SERVOCUNA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	188.850.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	189.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	301.500.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	375.000.000
VIPAL SA - 80019247-8	613.123.758

34 - SILLA DE EXTRACCION DE SANGRE

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	5.000.000

35 - SILLA DE RUEDAS

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	42.500.000

36 - SILLON ODONTOLOGICO

Oferente	Mejor Precio
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	85.000.000
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	109.861.260

37 - TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	608.900.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	609.000.000
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	641.400.000

38 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

V & V S.A - 80038216-1	82.400.000
CODEX S.R.L. - 80000173-7	82.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	109.500.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	115.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	147.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	150.000.000

39 - VENTILADOR PULMONAR DE TRASLADO

Oferente	Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	206.600.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	207.000.000
V & V S.A - 80038216-1	207.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002379-0 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

Item	Precio Ganador
20 - EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	415.000.000

Proveedor: 80002766-3 - ALBATROS SACI

Item	Precio Ganador
37 - TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	608.900.000

Proveedor: 80023488-0 - ANDRES H. ARCE SA

Item	Precio Ganador
21 - EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO	27.000.000
36 - SILLON ODONTOLOGICO	85.000.000

Proveedor: 80023913-0 - SOLUMEDIC S.A.

Item	Precio Ganador
31 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	730.000.000
39 - VENTILADOR PULMONAR DE TRASLADO	206.600.000

Proveedor: 80038216-1 - V & V S.A

Item	Precio Ganador
1 - ASPIRADOR QUIRÚRGICO	324.500.000
2 - AUTOCLAVE ODONTOLOGICO	19.006.020
3 - BALANZA CON ALTÍMETRO DIGITAL	12.592.000
4 - BICICLETA ESTATICA	13.534.000
5 - CAMA DE INTERNACION	487.993.000
6 - CAMILLA FIJA	22.850.000
7 - CAMILLA DE TRASLADO	255.500.000
8 - CAMILLA GINECOLOGICA	6.652.000
9 - CAMILLA ORTOSTÁTICA	19.140.000
10 - CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	76.900.000
11 - CINTA CAMINADORA	13.285.440
12 - COLPOSCOPIO	88.750.000
13 - DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO	506.592.000
14 - DETECTOR DFETAL	2.990.000
15 - ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPOSITO	514.500.000
16 - ELECTROCARDIOGRAFO	54.498.000
17 - ELECTROESTIMULADOR TENS	4.820.000
18 - EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED	51.906.400
19 - EQUIPO DE ONDAS CORTAS	12.974.000
22 - EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	17.976.000
23 - ESPIROMETRO	25.000.000
24 - ESTUFA DE ESTERILIZACION	11.760.000
25 - INCUBADORA	179.000.000
26 - INCUBADORA DE TRANSPORTE	137.000.000

Items Ganados por Proveedor

27 - LAMPARA SCIALÍTICA PORTÁTIL	96.760.000
28 - LAMPARA CUELLO DE CISNE	5.742.000
29 - LAMPARA INFRARROJA	4.872.500
30 - MAQUINA DE ANESTESIA	370.000.000
32 - NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO	17.160.000
33 - SERVOCUNA	188.850.000
34 - SILLA DE EXTRACCION DE SANGRE	5.000.000
35 - SILLA DE RUEDAS	42.500.000
38 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA	82.400.000

Listado de Mensajes

1 - ASPIRADOR QUIRÚRGICO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	08:10:28.939
Buenos días, comenzamos la Subasta.	03-12-2018	08:10:34.053
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2018	08:14:05.280
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2018	08:17:12.186
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	08:17:16.923
Señores Oferentes, bajen sus precios	03-12-2018	08:17:23.134
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	03-12-2018	08:17:30.298
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	08:21:26.246
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	08:21:29.253
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	08:27:29.292
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	08:35:40.361
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	08:35:40.442

2 - AUTOCLAVE ODONTOLOGICO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	08:36:41.705
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	08:36:47.228
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2018	08:36:52.032
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2018	08:37:04.435
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	08:42:57.016
Señores Oferentes, bajen sus precios	03-12-2018	08:43:01.894
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	03-12-2018	08:43:05.517
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	08:54:53.328
Señores bajen sus precios.	03-12-2018	08:55:01.601
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	08:55:04.466
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	09:06:55.185
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	09:12:52.234
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	09:12:52.335

3 - BALANZA CON ALTÍMETRO DIGITAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	09:14:32.006
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	09:14:38.535
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	03-12-2018	09:14:46.329
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	03-12-2018	09:15:04.309
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	09:15:08.986
Señor/a Oferente, baje su precio	03-12-2018	09:15:17.149
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	03-12-2018	09:15:39.343
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	09:21:22.142
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	09:21:26.296
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	09:27:26.338
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	09:32:52.376
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	09:32:52.470

4 - BICICLETA ESTATICA

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	09:34:24.964
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	09:34:30.500
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	03-12-2018	09:34:46.101
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	09:38:31.706
Señor/a Oferente, baje su precio	03-12-2018	09:38:35.431
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	09:46:23.510
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	03-12-2018	09:46:30.833
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	09:46:50.788
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	09:46:54.265
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	09:52:54.486
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	10:00:55.609
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	10:00:55.670

5 - CAMA DE INTERNACION

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	10:04:48.447
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	10:05:35.809
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	03-12-2018	10:05:42.744
Puede seguir bajando sus oferta en las siguientes etapas.	03-12-2018	10:07:36.776
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	03-12-2018	10:07:39.981
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	10:08:35.088
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	10:08:39.799
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	10:14:40.017
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	10:23:12.064
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	10:23:12.136

6 - CAMILLA FIJA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	10:24:17.789
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	10:24:22.130
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2018	10:24:28.204
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2018	10:24:38.724
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	10:24:48.149
Señores bajen sus precios.	03-12-2018	10:24:53.008
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	03-12-2018	10:24:59.319
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	10:30:07.434
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	10:30:11.363
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	10:36:11.376
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	10:45:59.414
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	10:45:59.499

7 - CAMILLA DE TRASLADO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	10:53:50.266
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	10:54:06.372
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	03-12-2018	10:54:17.352
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	03-12-2018	10:54:25.627
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	03-12-2018	10:54:31.945
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	10:56:28.023
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	10:56:30.939
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	11:02:31.119
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	11:08:02.172
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	11:08:02.259

8 - CAMILLA GINECOLOGICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	11:13:59.618
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	11:14:08.039
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	03-12-2018	11:14:25.527
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	11:15:56.153

Listado de Mensajes

Señor/a Oferente, baje su precio	03-12-2018	11:16:01.517
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	03-12-2018	11:16:20.139
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	11:18:07.165
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	11:18:09.623
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	11:24:09.712
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	11:29:24.871
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	11:29:24.951

9 - CAMILLA ORTOSTÁTICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	11:30:13.318
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	11:30:21.333
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	03-12-2018	11:30:27.400
Señor/a Oferente, baje su precio	03-12-2018	11:34:29.271
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	11:34:44.141
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	03-12-2018	11:34:53.303
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	03-12-2018	11:35:00.221
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	11:39:24.816
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	11:39:27.885
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	11:45:27.995
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	11:49:01.228
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	11:49:01.316

10 - CAMPANA DE FLUJO LAMINAR

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	11:49:06.150
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	11:49:12.039
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	03-12-2018	11:49:16.710
Puede seguir bajando sus oferta en las siguientes etapas.	03-12-2018	11:49:24.553
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	03-12-2018	11:52:15.282
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	12:05:27.452
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	12:05:30.196
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	12:11:30.240
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	12:18:25.327
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	03-12-2018	12:18:25.446
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	03-12-2018	12:18:25.446
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	12:18:48.663

11 - CINTA CAMINADORA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	12:18:58.630
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	12:19:05.521
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	03-12-2018	12:19:34.481
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	03-12-2018	12:19:38.946
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	12:20:01.364
Señor/a Oferente, baje su precio	03-12-2018	12:20:07.028
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	03-12-2018	12:20:12.850
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	12:22:39.984
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	12:22:42.313
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	12:28:42.416
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	12:38:03.617
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	12:38:03.669

12 - COLPOSCOPIO

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	12:38:24.011
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	12:38:29.551
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2018	12:38:41.314
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2018	12:38:52.162
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	12:38:58.565
Señores bajen sus precios.	03-12-2018	12:41:58.353
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	03-12-2018	12:42:02.091
Señores Oferentes, bajen sus precios	03-12-2018	12:43:16.195
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	12:44:40.638
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	12:44:43.618
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	12:50:43.925
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	12:54:30.040
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	12:54:30.096

13 - DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	12:54:42.700
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	12:54:52.701
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2018	12:54:58.701
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	13:07:44.811
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2018	13:07:48.152
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	03-12-2018	13:07:52.172
Señores bajen sus precios.	03-12-2018	13:07:57.869
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	13:07:58.818
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	13:08:02.619
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	13:14:02.699
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	13:19:27.417
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	03-12-2018	13:19:27.478
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	03-12-2018	13:19:27.478
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	13:19:54.948

14 - DETECTOR DFETAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	13:20:06.865
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	13:20:11.679
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	03-12-2018	13:20:16.686
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	03-12-2018	13:20:28.127
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	03-12-2018	13:20:32.557
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	13:22:23.251
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	13:22:28.059
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	13:28:28.175
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	13:32:36.221
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	03-12-2018	13:32:36.275
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	03-12-2018	13:32:36.275
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	13:32:51.126

15 - ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPOSITO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	13:33:05.908
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	13:33:10.964
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2018	13:33:20.950
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2018	13:34:27.931
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	13:34:31.355
Señores Oferentes, bajen sus precios	03-12-2018	13:35:19.074
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	03-12-2018	13:35:24.502

Listado de Mensajes

Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	13:37:05.551
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	13:37:10.719
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	13:43:10.759
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	13:48:25.821
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	03-12-2018	13:48:25.943
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	03-12-2018	13:48:25.943
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	13:48:38.670

16 - ELECTROCARDIOGRAFO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	13:48:59.865
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	13:49:05.603
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2018	13:49:11.775
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	13:49:20.082
Señores bajen sus precios.	03-12-2018	13:49:38.466
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	03-12-2018	13:51:23.871
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	13:55:24.203
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	13:55:29.586
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	14:04:38.317
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	14:12:34.374
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	14:12:34.489

17 - ELECTROESTIMULADOR TENS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	14:12:47.405
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	14:12:52.111
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	03-12-2018	14:13:00.785
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	14:13:12.917
Señor/a Oferente, baje su precio	03-12-2018	14:18:09.705
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	03-12-2018	14:18:26.446
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	03-12-2018	14:18:38.875
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	14:18:40.876
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	14:18:44.281
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	14:24:44.360
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	14:30:39.483
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	14:30:39.585

18 - EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	14:33:30.126
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	14:38:49.667
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	03-12-2018	14:38:55.372
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	14:39:05.869
Señor/a Oferente, baje su precio	03-12-2018	14:39:15.442
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	03-12-2018	14:39:25.144
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	14:42:34.184
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	14:42:37.483
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	14:48:37.620
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	14:51:49.692
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	14:51:49.740

19 - EQUIPO DE ONDAS CORTAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	14:52:18.031
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	14:52:29.248
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	03-12-2018	14:52:36.894

Listado de Mensajes

Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	03-12-2018	14:52:53.161
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2018	14:53:13.034
Señor/a Oferente, baje su precio	03-12-2018	14:53:22.660
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	03-12-2018	14:53:30.274
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	14:57:23.630
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	14:57:26.440
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	15:03:26.486
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	15:12:37.578
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	15:12:37.701

20 - EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2018	15:12:49.741
Continuamos con la Subasta.	03-12-2018	15:13:03.376
Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos el día de mañana.	03-12-2018	15:13:34.873
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	03-12-2018	15:13:40.308
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	03-12-2018	15:13:56.104
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	03-12-2018	15:14:15.799
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2018	15:20:01.313
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2018	15:20:04.560
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2018	15:27:59.202
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2018	15:33:14.327
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2018	15:33:14.405

21 - EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	08:12:13.887
Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta.	04-12-2018	08:12:19.620
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	04-12-2018	08:15:59.145
Señor/a Oferente, baje su precio	04-12-2018	08:17:54.347
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2018	08:18:09.116
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	04-12-2018	08:33:28.618
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	04-12-2018	08:33:40.994
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	08:43:54.745
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	08:43:57.694
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	08:49:57.900
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	08:58:03.972
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	08:58:04.074

22 - EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	08:59:00.926
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	08:59:07.335
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	04-12-2018	08:59:11.574
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2018	08:59:18.462
Señor/a Oferente, baje su precio	04-12-2018	09:03:54.639
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	04-12-2018	09:04:06.641
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	04-12-2018	09:05:00.440
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	09:05:02.139
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	09:05:04.068
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	09:11:04.151
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	09:19:28.348
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	09:19:28.441

23 - ESPIROMETRO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	09:20:27.217
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	09:20:32.366

Listado de Mensajes

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	04-12-2018	09:20:44.500
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2018	09:21:00.430
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2018	09:21:04.477
Señores Oferentes, bajen sus precios	04-12-2018	09:21:09.945
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	04-12-2018	09:21:16.198
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	09:26:29.657
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	09:26:32.744
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	09:32:33.228
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	09:36:18.239
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	09:36:18.281

24 - ESTUFA DE ESTERILIZACION

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	09:37:56.392
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	09:38:02.401
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	09:38:03.271
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	09:38:05.261
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	09:44:05.304
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	09:48:27.433
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	09:48:27.512

25 - INCUBADORA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	09:49:37.895
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	09:49:42.527
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-12-2018	09:49:46.144
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	09:51:33.556
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	09:51:36.718
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	09:57:36.898
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	10:05:13.907
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	10:05:13.969

26 - INCUBADORA DE TRANSPORTE

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	10:05:58.216
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	10:06:03.156
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	04-12-2018	10:06:08.768
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2018	10:09:23.631
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2018	10:09:27.716
Señores Oferentes, bajen sus precios	04-12-2018	10:10:15.680
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	04-12-2018	10:10:19.265
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	10:13:26.715
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	10:13:30.136
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	10:19:30.440
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	10:24:24.574
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	10:24:24.611

27 - LAMPARA SCIALÍTICA PORTÁTIL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	10:25:23.160
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	10:25:29.662
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	04-12-2018	10:25:32.936
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2018	10:29:50.758
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2018	10:29:58.963
Señores bajen sus precios.	04-12-2018	10:30:20.541
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	04-12-2018	10:30:33.395
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	10:33:32.262
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	10:33:34.950
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	10:39:51.122
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	10:45:18.123

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	10:45:18.180
--	------------	--------------

28 - LAMPARA CUELLO DE CISNE

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	10:46:16.335
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	10:46:21.822
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	04-12-2018	10:49:56.606
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	04-12-2018	10:50:08.981
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2018	10:50:14.543
Señor/a Oferente, baje su precio	04-12-2018	10:50:26.981
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	04-12-2018	10:50:40.175
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	10:53:06.555
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	10:53:09.398
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	10:59:09.534
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	11:03:49.799
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	11:03:49.852

29 - LAMPARA INFRARROJA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	11:04:32.371
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	11:04:39.326
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	04-12-2018	11:04:45.909
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	04-12-2018	11:05:01.976
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2018	11:05:07.667
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	11:11:06.928
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	04-12-2018	11:11:18.641
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	11:11:21.640
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	11:17:21.725
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	11:27:09.778
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	11:27:09.862

30 - MAQUINA DE ANESTESIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	11:28:39.121
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	11:28:43.350
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	04-12-2018	11:28:47.580
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2018	11:48:22.070
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2018	11:54:44.497
Señores Oferentes, bajen sus precios	04-12-2018	11:54:53.205
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	04-12-2018	11:54:58.643
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	12:04:18.616
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	12:04:21.436
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	12:10:21.541
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	12:15:35.694
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	12:15:35.879

31 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	12:16:48.509
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	12:17:05.602
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	04-12-2018	12:17:11.785
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2018	12:20:59.988
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2018	12:21:04.262
Señores Oferentes, bajen sus precios	04-12-2018	12:21:07.616
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	04-12-2018	12:38:44.015
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	12:47:23.276
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	12:47:26.456
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	12:53:26.603
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	12:56:42.643

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	12:56:42.691
--	------------	--------------

32 - NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	12:59:08.817
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	12:59:14.099
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	04-12-2018	12:59:26.960
Señor/a Oferente, baje su precio	04-12-2018	12:59:55.352
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2018	13:00:03.051
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	04-12-2018	13:00:10.178
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	04-12-2018	13:00:18.924
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	13:02:11.384
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	13:02:27.108
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	13:08:27.142
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	13:12:14.323
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	13:12:14.361

33 - SERVOCUNA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	13:13:04.534
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	13:13:09.602
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-12-2018	13:13:14.269
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	04-12-2018	13:16:30.836
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	13:16:32.931
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	13:16:36.077
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	13:22:36.151
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	13:29:18.267
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	13:29:18.342

34 - SILLA DE EXTRACCION DE SANGRE

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	13:31:28.359
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	13:31:34.038
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	04-12-2018	13:31:39.406
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2018	13:33:44.839
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	04-12-2018	13:33:49.351
Señor/a Oferente, baje su precio	04-12-2018	13:34:48.908
Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	04-12-2018	13:36:00.050
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	13:37:44.906
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	04-12-2018	13:37:52.451
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	04-12-2018	13:39:29.744
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	13:39:32.248
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	13:45:32.449
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	13:49:37.481
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	13:49:37.516

35 - SILLA DE RUEDAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	13:49:49.922
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	13:49:56.404
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	04-12-2018	13:50:02.425
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2018	13:50:07.753
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	13:58:31.575
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	04-12-2018	13:58:34.677
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	13:58:36.747
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	14:04:36.951
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	14:13:17.039
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	14:13:17.130

Listado de Mensajes

36 - SILLON ODONTOLOGICO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	14:19:57.584
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	14:20:12.017
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	04-12-2018	14:20:16.218
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2018	14:23:20.228
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2018	14:23:31.122
Señores Oferentes, bajen sus precios	04-12-2018	14:24:30.392
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	14:26:45.575
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	04-12-2018	14:26:52.988
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	14:28:08.267
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	14:34:08.374
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	14:38:06.508
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	14:38:06.734

37 - TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	14:38:24.193
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	14:38:30.543
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	04-12-2018	14:38:36.101
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2018	14:45:25.272
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2018	14:45:43.684
Señores bajen sus precios.	04-12-2018	14:47:03.496
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	04-12-2018	14:47:08.762
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	14:53:18.566
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	14:53:21.005
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	14:59:21.030
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	15:08:55.158
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	15:08:55.236

38 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	15:11:30.609
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	15:11:35.609
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	04-12-2018	15:11:42.127
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	04-12-2018	15:11:48.097
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-12-2018	15:11:51.215
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	15:16:22.081
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	15:16:27.463
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	15:25:39.516
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	15:34:02.563
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	04-12-2018	15:34:02.701
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	04-12-2018	15:34:02.701
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	15:34:13.262

39 - VENTILADOR PULMONAR DE TRASLADO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2018	15:34:28.766
Continuamos con la Subasta.	04-12-2018	15:34:34.673
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	04-12-2018	15:34:39.896
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2018	15:35:31.465
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2018	15:35:39.400
Señores Oferentes, bajen sus precios	04-12-2018	15:35:42.836
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	04-12-2018	15:35:49.620
Señores bajen sus precios.	04-12-2018	15:38:08.902
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2018	15:39:40.198
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2018	15:39:42.538

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2018	15:45:42.899
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2018	15:53:25.995
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2018	15:53:26.038

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.