

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 364949

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 12:29 del día 5/11/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 364949 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA TERAPIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS de la Institución:

Código Verificador: 3ba2c438e65e530d532f90622e9a5117

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los 60 días corridos, posteriores a la fechas de recepción de la Orden de Compras por parte del proveedor. Podría ser 120 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compras por parte del proveedor.?	02-08-2019	11:08:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ADECUARSE AL PLIEGO	02-09-2019	09:59:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes y/o servicios similares (EQUIPOS MÉDICOS, BIOMÉDICOS) en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2016, 2017, 2018) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscritos desde su existencia como empresa. CONSULTA: En vista que el volumen de compras es grande, solicitamos amablemente a la convocante considerar lo siguiente: Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes y/o servicios similares (EQUIPOS MÉDICOS, BIOMÉDICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS) en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2016, 2017, 2018) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscritos desde su existencia como empresa.	05-08-2019	15:06:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ADECUARSE AL PLIEGO	02-09-2019	09:59:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

La Contratante establece en el Pliego de Bases y Condiciones lo siguiente en las Condiciones de Pago: ...Una vez aprobadas las documentaciones a través de la Ventanilla Única de Proveedores (V.U.P.), el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja otorgado en forma mensual por el Ministerio de Hacienda y se tendrá 60 (sesenta) días contados a partir de la fecha de aprobación de las documentaciones por parte del Departamento de Ejecución de Contratos para continuar con el proceso de pago. A los efectos de este Contrato en aplicación del Art. de la Ley 3.439/07 Solicitamos a la Convocante permita modificar las condiciones del plazo para pago y sean establecidas de la siguiente manera: "Una vez aprobadas las documentaciones, el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja otorgado en forma mensual por el Ministerio de Hacienda y se tendrá 60 días contados a partir de la Recepción de la Factura presentada en la Ventanilla Única de Proveedores (V.U.P.) de la Dirección General de Administración y Finanzas.	06-08-2019	08:52:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ADECUARSE AL PLIEGO	02-09-2019	10:00:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03 y las Condiciones Generales del Contrato Cláusula 15. Pago de Anticipo y Garantía - 15.1 Si se establece en las CEC el pago de anticipos, no podrá superar en ningún caso el 50% del monto del contrato de conformidad al artículo 20 inciso q de la Ley N°2051/03 de Contrataciones Públicas. Con anterioridad a la entrega del anticipo, el Proveedor deberá entregar a la Contratante una Garantía de Anticipo en guaraníes por el ciento por ciento (100%) del monto entregado en dicho concepto, y en las formas establecidas en el Art. 81 del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. CGC 15.1. Considerando el alcance de esta Licitación y por tratarse de un llamado de gran envergadura, solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03. De no prever anticipo financiero que respalde la ejecución del contrato, el volumen de oferentes se verá considerablemente afectado, ya que la capacidad financiera total para solventar el contrato adjudicado recaerá exclusivamente sobre el oferente.	06-08-2019	08:52:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ADECUARSE AL PLIEGO	11-10-2019	13:58:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Las Órdenes de Compra serán emitidas, según necesidad, por la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD, dependiente del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. Plazos de Entrega: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los 60 días corridos, posteriores a la fechas de recepción de la Orden de Compras por parte del proveedor. Solicitamos por favor ampliación del Plazo de Entrega para el ítem 14 Equipo de Rayos X Portátil a por lo menos 120 días corridos, posteriores a la fechas de recepción de la Orden de Compras por parte del proveedor. Debido a que se tratan de 15 unidades de equipos, de los cuales se desconoce el Lugar de instalación y se deben prever la realización de Capacitación de usos y cuidados al personal del MSPYBS.	06-08-2019	08:55:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ADECUARSE AL PLIEGO	02-09-2019	10:00:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante definir y comunicar a los potenciales oferentes, el Lugar y sitio establecido para la correspondiente instalación de los Equipos.	06-08-2019	08:56:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
LA INSTALACION DE EQUIPOS SE REALIZARA CONFORME A LAS NECESIDADES DEL MSPBS EN MODO DE ORIENTACION LAS PRIORIDADES DE ENTRGE ASERAN EN CONCEPCION PEDRO JUAN CABELLERO, CIUDAD DEL ESTE, LUQUE Y ASUNCION.	02-09-2019	10:03:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CGC 17.1 y 17.2 Dice: El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% del valor total del contrato. La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días Art 39 de la ley 2051/03 siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato. La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo N° 36 de la Ley 2051/03. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato. Solicitamos por favor aclarar cual será el plazo de vigencia para la Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato, considerando que en el Modelo del Contrato en la cláusula 5. establece: VIGENCIA DEL CONTRATO El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.	06-08-2019	08:57:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
DESDE LA FIRMA Y HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	11-10-2019	14:01:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los 60 días corridos, posteriores a la fechas de recepción de la Orden de Compras por parte del proveedor. Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega a 120 días teniendo en cuenta que la gran cantidad de equipos requeridos obliga a incurrir en un proceso de importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de tramites aduaneros. De manera a no limitar la presentación de potenciales oferentes.	06-08-2019	11:50:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ADECUARSE AL PLIEGO	02-09-2019	10:05:15

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante agregar la lista de distribución de los equipos requeridos, lugares específicos y las cantidades de cada equipo, esta información es sumamente importante para los oferentes para una mejor coordinación.	06-08-2019	11:57:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
LA INSTALACION DE EQUIPOS SE REALIZARA CONFORME A LAS NECESIDADES DEL MSPBS EN MODO DE ORIENTACION LAS PRIORIDADES DE ENTRAR ASERAN EN CONCEPCION PEDRO JUAN CABELLERO, CIUDAD DEL ESTE, LUQUE Y ASUNCION.	02-09-2019	10:06:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La Contratante establece en el Pliego de Bases y Condiciones en la Cláusula de Reajuste para Bienes Importados: ...La fórmula y el procedimiento de precios serán los siguientes: el reajuste del precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los que ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula: $V1 = P * ((Cmc/Co) - 1)$ P= Precio de los Bienes Cmc= Tipo de cambio del mercado abierto comprador (emitido por el BCP) guaraní / dólar americano, del último día hábil del mes anterior a la presentación de la factura. Co= Tipo de cambio del mercado abierto comprados (emitido por el BCP) guaraní / dólar americano, del día de la Apertura de Ofertas Solicitamos a la Convocante que aclare la variación necesaria en el tipo de cambio guaraní/dólar americano para la habilitación de la cláusula de reajuste. Así también solicitamos la exclusión del siguiente texto .. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los que ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. Ya que, la fórmula de reajuste establece que como uno de los parámetros el tipo de cambio guaraní/dólar del último día hábil del mes anterior a la presentación de la factura. Esto implica que el bien indefectiblemente tuvo que haber sido proveído con anterioridad; existiendo una contradicción en lo expuesto en la cláusula y en la aplicación de la fórmula.	06-08-2019	13:57:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	14:02:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página N° 21, en donde se menciona las condiciones de garantía, solicitamos a la convocante realizar la aclaración que los repuestos y/o materiales serán reconocidos en garantía solo por defectos de fábrica, no así por desgaste o mal uso	06-08-2019	14:34:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE SE REFIERE A FALLAS POR DESPERFECTOS DE FABRICACION	02-09-2019	10:07:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la página N° 27, en donde se menciona las condiciones de garantía, solicitamos a la convocante realizar la aclaración que los repuestos y/o materiales serán reconocidos en garantía solo por defectos de fábrica, no así por desgaste o mal uso	06-08-2019	14:35:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE SE REFIERE A FALLAS POR DESPERFECTOS DE FABRICACION	02-09-2019	10:09:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la página N° 30 – SECCIÓN IV Condiciones Especiales del Contrato (CEC) solicitamos a la convocante definir quién es la figura por los responsables para la firma en los documentos: Orden de Servicio; Nota de Remisión; Informe de Servicio	06-08-2019	14:37:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ESTABLECE COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD, SIENDO LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DESIGNADOS POR LA DIRECCION GENERAL LOS ENCARGADOS DE EMITIR Y CONSIGNAR LOS DOCUMENTOS EXPUESTOS.	11-10-2019	14:04:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Permeable a rayos x con posiciones Trendelenburg y Fowler. Solicitamos aclarar suficientemente si precisan que el movimiento de trendelenburg se eléctrico automático, y si la misma debería de ser de +/-15%.	06-08-2019	14:41:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE DEBE SER ELECTRICO, Y CON MOVIMIENTO DE TREDELEMBURG +/-15%	02-09-2019	10:11:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA SERVOCUNA RECOMENDAMOS SOLICITAR CON MODO DE PRECALENTAMIENTO EL CUAL ES DE MUCHA UTILIDAD PARA LA RECEPCIÓN DE LOS PACIENTES NEONATALES.	06-08-2019	14:43:20

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	10:11:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS PERMITAN LA PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS CON COLCHON DE 15CM (+/-5CM) DE ESPESOR, NO DE +/-5% COMO SE SOLICITA, PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN	06-08-2019	14:45:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE SOLICITA EN EL PLIEGO CONCHON DE 8 CM. (+/-3%) DE ESPESOR, FAVOR FIJARSE EN LO QUE ESA ESCRITO	02-09-2019	10:13:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Dispositivo porta chasis para película de rayos X (opcional), apto para utilizar intensificador portátil de imágenes. RECOMENDAMOS QUE LA MISMA NO SEA CONSIDERADA COMO OPCIONAL, YA QUE CUANTO MENOS SE MOVILIZA AL PACIENTE MUCHO MEJOR, Y CON ESTO SE DEBERIA DE TRASLADAR AL MISMO PARA LAS TOMAS DE IMAGENES DE INTENSIFICADORES.	06-08-2019	14:48:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ACLARAMOS QUE EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON CHASIS PARA RAYOS RX NO OPCIONAL	02-09-2019	10:14:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Lámpara de Fototerapia. FAVOR ACLARAR QUE TIPO DE LAMPARA, RECOMENDAMOS QUE LA MISMA SEA DEL TIPO LEDS CON LUCES AZULES PARA TRATAMIENTO Y BLANCAS PARA INSPECCION DEL PACIENTE NEONATAL, DE MANERA A BRINDAR UN BUEN TRATAMIENTO.	06-08-2019	14:50:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE LA LUMINOTERAPIA SERA DE LAMPARAS TIPO LED CON LUCES AZULES LAS BLANCAS SOLO PARA INSPECCION.	02-09-2019	10:15:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
RECOMENDAMOS INCORPORAR COMO ESPECIFICACION TECNICA: Báscula integrada o interconstruida con el despliegue del peso sin tener que interrumpir el calor radiante.	06-08-2019	14:53:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	10:22:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Cúpula de acrílico transparente de mínimo 8 mm de espesor,	06-08-2019	14:54:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	10:23:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Cúpula de acrílico transparente de mínimo 8 mm de espesor, SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON 5MM O MAYOR DE ESPESOR PARA DAR UNA MAYOR PARTICIPACION	06-08-2019	14:55:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	10:23:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Introducción a la cúpula a través de dos filtros submicrónicos inferior a 0,5 mm. SOLICITAMOS CORREGIR Y ESTABLECER COMO "Introducción a la cúpula a través de dos filtros submicrónicos inferior a 0,5 micras, QUE ES LA UNIDAD UTILIZADA PARA LOS FILTROS.	06-08-2019	14:57:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE SE SOLICITA LA INTRODUCCION A LA CUPULA ATRAVES DE DOS FILTROS SUBMICROMICOS INFERIOR SA 0.5 MUCRAS.	02-09-2019	10:25:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS RECOMENDAR: Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionados eléctricamente, de al menos $\pm 15^\circ$	06-08-2019	15:02:28
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AAJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	10:26:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
RECOMENDAMOS LAS SIGUIENTE ESPECIFICACION: Balanza electrónica incorporada al equipo con capacidad de 0-7kg, con una precisión de 100g.	06-08-2019	15:05:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE EL CONTAR CON BALANZA INCORPORADA ES OPCIONAL	02-09-2019	10:27:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Lecho: Tamaño mínimo requerido para el lecho es de 80 x 57 cm. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN DE OFERENTES CON EQUIPOS CON LECHO DE MEDIDAS COMO MINIMO DE 60 X 40 CON LA QUE SE ESTARIA CUMPLIENDO ACABADAMENTE CON LAS NORMAS DE CALIDAD EXIGIDAS, Y NO SE ESTARIA LIMITANDO A LA PARTICIPACIÓN DE IMPORTANTES MARCAS.	06-08-2019	15:14:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE EL TAMAÑO MINIMO DEL LECHO REQUERIDO ES DE 60 X 40 CMS	02-09-2019	10:28:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
RECOMENDAMOS ACLARAR QUE SE NECESITAN EQUIPOS CON CONFIGURACION EN IDIOMA ESPAÑOL, CON SU CORRESPONDIENTE PICTOGRAFIA.	06-08-2019	15:15:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE LOS EQUIPOS DEBE ESTAR CONFIGURADOS EN ESPAÑOL	02-09-2019	10:29:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
RECOMENDAMOS LA FUNCION DE USO CON GEMELOS COMO ESPECIFICACION PARA LA INCUBADORA.	06-08-2019	15:17:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE LA FUNCION DE USO CON GEMELOS ES OPCIONAL. FAVOR AJSUTARSE AL PLIEGO.	02-09-2019	10:30:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
RECOMENDAMOS QUE EL EQUIPO CUENTE CON: Despliegue digital simultaneo de: temperatura de aire ajustada y monitorizada, temperatura de piel ajustada y monitorizada.	06-08-2019	15:20:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	10:30:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante, debido al llamado que es para equipos de terapia donde impera necesidad de contar con buenos equipos para la atención elevar costos para la adquisición de equipos, que puedan tener Transcraneal, Software de Ecocardio, ya que el costo de es 86.900.000 gs va dirigido a equipos que no cuentan con FDA, y CE las siglas mas regulatorias y además que son equipos de terapia se necesita que sea complejo y completo en calidad de software. El valor referencial se encuentra desfasado para las necesidades y para el tipo de tecnología actual por lo que sugerimos aumentar el valor a 300.000.000gs.	06-08-2019	15:23:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SERIA MUY INTERESANTE CONTAR CON ESTA TECNOLOGIA PARA LOS SERVICIOS, ESE PRECIO DE 86.900.000.- NO CREO QUE SEA EL CORRECTO. ACTUALIZAR PRECIOS EN BASE AL DOLAR.	02-09-2019	10:33:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que en las características del equipo puedan incluir, Peso del equipo mínimo de 8 Kg ya con batería integrada; Pantalla LCD de al menos 15o mejor; Panel de control con teclado que permita la introducción de datos del paciente; Track ball, o mouse para movimiento del puntero; Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 750 GB;	06-08-2019	15:24:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA N° 9	17-10-2019	14:07:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que el equipo pueda contar con el siguiente software Eco cardio Adulto Ecografía General (OB, Vascular) Transcraneal Eco cardio pediátrico	06-08-2019	15:25:03
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	14:09:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En los puntos del pedido de transductores solicitamos a la convocante omitir transductor endocavitario y solicitar transductor sectorial de de 2 a 4 Mhz para realizar exploraciones cardiacas,	06-08-2019	15:25:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	14:09:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En punto donde indica el transductor convexo, solicitamos a la convocante poder ofertar también transductor de 2 a 5 Mhz o mejor, de esta forma se tendrá mayor cantidad de oferentes.	06-08-2019	15:25:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	02-09-2019	10:49:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
RECOMENDAMOS SOLICITAR: Transductor lineal de 12 a 5 Mhz o mejor para aplicaciones vasculares.	06-08-2019	15:26:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	10:50:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Construcción compacta, con sistema modular para la determinación de los signos vitales de acuerdo a normas internacionales; de manera a dar oportunidad de participación a un mayor número de oferentes, y considerando que el presupuesto asignado es bajo en relación a esta tecnología , sugerimos que se puedan ofertar monitores con sistema preconfigurado para la determinación de signos vitales de acuerdo a normas internacionales.	06-08-2019	15:29:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	10:50:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo ; de manera a dar oportunidad de participación a un mayor número de oferentes, y considerando que el presupuesto asignado es bajo en relación a esta tecnología , sugerimos que se puedan ofertar monitores con sistema preconfigurado para la determinación de signos vitales de acuerdo a normas internacionales.	06-08-2019	15:29:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	10:51:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Con capacidad de almacenamiento de eventos. Sugerimos respetuosamente que el monitor solicitado pueda almacenar tendencias hasta 240 horas, considerando los cambios de guardia que a veces se prolongan más de 24 horas.	06-08-2019	15:30:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	10:56:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Velocidad de barrido: Modo curvas para papel 25 y 50 mm/s y Modo curva fija 3.125, 6.25 y 12.5 mm/s Se podrán ofertar equipos velocidad de barrido en modo curvas para papel de 12,5 mm/s? Y modo de curva fija desde 6.25 hasta 50 mm/s?	06-08-2019	15:30:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:07:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Ancho de banda: Monitoreo 0.5 a 30 Hz y Diagnostico 0.05 a 60 Hz, se podrán ofertar equipos con ancho de banda: Monitorización normal: 0.67 Hz – 40 Hz Monitorización filtrada: 0.67 Hz – 20 Hz Monitorización extendida: 0.05 Hz – 100 Hz	06-08-2019	15:31:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:07:47

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
-Donde dice: Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas (al menos tres canales simultáneos). Sugerimos se solicite también mapeo del segmento ST ya que esto ayuda visualmente al personal de enfermería a comprobar la situación del paciente con una sola mirada.	06-08-2019	15:31:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:00:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: de desfibrilación: 29,6 cm (AN) x 27,9,0 cm (F) x 23 cm (AL) cm (F) x 23 cm (AL) (11,6 pulg. x 10,9 pulg. x 9 pulg.), consultamos si se podrán cotizar equipos que difieran en + 10% sin que esto interfiera en la funcionalidad del equipo?	06-08-2019	15:31:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:08:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Velocidad de barrido: 20 mm/s nominal, se podrán ofertar equipos con velocidad de barrido 25 mm/s + 10%?	06-08-2019	15:32:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:09:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Tiempo de visualización de onda: 5,2 s ±10%. Tiempo de visualización de onda: 6,5 s ±10%?	06-08-2019	15:32:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:09:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Batería de ión litio último modelo, con al menos 3 horas de monitorización con una batería incl. Marcapasos, seguido de 20 cargas/choques a máxima intensidad, se podrán cotizar equipos que cumplan con la siguiente duración de batería: 2,5 horas de monitorización (ECG, CO2ef y SpO2 monitorizados de forma continua y PNI medida cada 15 minutos) seguida de 20 ciclos de choque/carga de energía completa o; • Dos horas en la función de marcapasos (180 ppm a 140 mA con un ancho del pulso de 40 ms) y monitorización (ECG, CO2ef y SpO2 monitorizados continuamente y PNI medida cada 15 minutos.	06-08-2019	15:33:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:09:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: modo de curva fija 3.125, 6.25, 12.5mm/s solicitamos a la convocante modificar este punto a 6.25, 12.5, 25 y 50mm/s. como minimo, dando asi mayor participacion a los oferentes	06-08-2019	15:48:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:10:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CON RELACION AL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN 60 DIAS SOLICITAMOS AMPLIAR ENTRE 90 A 120 DIAS CONSIDERANDO EL VOLUMEN, LA CANTIDAD DE EQUIPOS SOLICITADOS EN CADA ITEM.	06-08-2019	15:48:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:01:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante aceptar equipos permitan división de la pantalla en dos partes. Se trata de equipos portátiles con pantallas de como mínimo 12 pulgadas, por lo que dividir la pantalla en mayor cantidad de partes no es indispensable, atendiendo que el campo se reduciría considerablemente y dificultaría bastante su visualización.	06-08-2019	15:49:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:10:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita a la convocante confirmar si la Función Clipboard mencionada corresponde a la capacidad del equipo de adquirir clips de cine.	06-08-2019	15:49:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE LA FUNCION CLIPBOARD CORRESPONDE A ADQUIRIR CLIPS DE CINE	11-10-2019	14:27:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Debido a que los transductores lineales están diseñados para estudios de estructuras superficiales, como glándulas, musculo esquelético o piel, no tienen función definida para estudios de ginecología y obstetricia. Por lo que se solicita aclara si deben ser cotizados transductores lineales además de los convexos ya solicitados.	06-08-2019	15:49:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:01:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS NOS INDIQUE ESPECIFICAMENTE LOS LUGARES DE INSTALACION DE LOS DISTINTOS ITEMS SOLICITADOS, DE MANERA A COSTEAR CORRECTAMENTE LOS GASTOS REFERENTE A LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS.	06-08-2019	15:50:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
LA INSTALACION DE EQUIPOS SE REALIZARÁ CONFORME A LAS NECESIDADES DEL MSPYBS CONFORME VAYAN HABILITANDOSE LAS NUEVAS TERAPIAS; A MODO DE ORIENTACION LAS PRIORIDADES DE ENTREGA SERAN EN CONCEPCION, PEDRO JUAN CABALLERO, CIUDAD DEL ESTE, LUQUE Y ASUNCION. SE DEBERA DETALLAR EN CADA ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO.	11-10-2019	14:28:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante disminuir el rango de frecuencia del transductor convexo en un rango de 2 MHz o menor a 5 MHz o mayor. Esto obedece a que dicho rango permitirá un nivel de profundidad más que optimo para los estudios a realizarse, así como se permitirá mayor participación de oferentes.	06-08-2019	15:50:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	14:30:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante ángulo de visión del transductor endocavitario a un ángulo de 130°. Esto obedece a que dicho rango permitirá un nivel de apertura más que óptimo para los estudios a realizarse, así como permitirá mayor participación de oferentes.	06-08-2019	15:50:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:10:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante definir la cantidad de horas que serán destinadas a capacitación del equipo médico que utilizará el equipo.	06-08-2019	15:50:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:11:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante aclarar las normas a ser tenidas en cuenta en cuanto a seguridad eléctrica y protección radiológica.	06-08-2019	15:52:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:02:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante disminuir el rango de absorción calorica del ánodo a 100kHU o más. Esto obedece a que la capacidad calorica del ánodo no representa al único factor preponderante en la medida del performance del equipo, debiendo tener en cuenta además factores como capacidad calorica del housing, tasa de disipación de calor, entre otros.	06-08-2019	15:52:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:11:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita a la convocante considerar valores de mAs en vez de mA como parámetro de referencia del generador debido a que la combinación de los mismos en conjunto con los valores de kV constituye los parámetros de configuración básicos en la mayoría de los equipos de RX.	06-08-2019	15:53:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:03:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante definir la cantidad de horas de capacitación que serán destinadas a capacitación de operarios y servicio técnico de mantenimiento.	06-08-2019	15:53:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:12:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Saturómetro percutánea con sensor dactilar (Sensor de SaO2) tamaño adulto, pediátrico, neonatal Solicitamos a la convocante sustituir este punto por el saturómetro de Spo2 ya que en los accesorios solicita los productos para SPo2	06-08-2019	15:53:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:12:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PODRIAN ACLARAR A QUE DOCUMENTACION SE REFIERE ESTE PUNTO: 18. Constancia de Autorización de importación y comercialización de los dispositivos médicos dentro del territorio nacional.	06-08-2019	15:55:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:12:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice Mesa con ruedas y frenos de dimensiones adecuadas al equipo, con al menos un cajón, solicitamos a la convocante agregar mesas con canastillo, para así dar mayor participación a los oferentes	06-08-2019	15:55:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:12:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante definir si lo solicitado en los puntos donde se menciona chasis para impresión seca se refiere a película de impresión radiográfica.	06-08-2019	15:56:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:03:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
RECOMENDAMOS SOLICITAR: Constancia de Habilitación de Servicio Técnico, y Certificados emitidos por la ARRN para los equipos de rayos x, que son exigencias legales para poder importar, comercializar y prestar servicio técnico	06-08-2019	15:57:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:13:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE OTORGAR UN ANTICIPO DE POR LO MENOS 30% DE MANERA A DISMINUIR LOS COSTOS FINANCIEROS QUE ESTOS LLAMADOS IMPLICAN	06-08-2019	15:58:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	11-10-2019	14:35:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR CONSIDERAR LO SIGUIENTE: SI EL VALOR DE LA MULTA POR ATRASOS EN LA ENTREGA ES DE 0.01% POR CADA DIA DE ATRASO, COMO ES POSIBLE QUE LA MULTA POR ATRASO EN EL PAGO DEL MSP LA MULTA SEA DE SOLO 0.001%. ESTIMAMOS QUE ES UN ERROR INVOLUNTARIO Y SE AGREGO UN CERO MÁS DEL LADO IZQUIERDO. FAVOR CONSIDERAR LO EXPUESTO Y CORREGIR.	06-08-2019	16:08:35
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	14:40:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 150 kHU solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad calórica mínima desde 100 kHU y dar así mayor participación de oferente. Entonces el ítem quedaría de la siguiente forma: Ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 100 kHU.	06-08-2019	16:17:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:13:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Foco fino de aprox. 0.6 mm y foco grueso de aproximadamente 1.2 mm, o de foco único solicitamos amablemente especificar mejor el ítem, ya que la expresión de aproximadamente es subjetivo y puede tener varias interpretaciones. Sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Foco fino de 0.8 mm o menor y foco grueso de aproximadamente 1.2 mm o mayor.	06-08-2019	16:18:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:13:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Brazo portatubo articulado montado sobre chasis rodante con rotación del tubo en un eje frontal (para arriba / abajo) de más 180° / menos 30° y rotación en su eje lateral (derecha / izquierda) de más / menos 90°. Con sistema de freno manual o eléctrico, solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rotación de tubo en eje frontal desde +100°/-45° y rotación en eje lateral sea fijo, ya que el precio referencial del ítem es muy bajo y entendemos que este tipo de cualidad no se tomo en cuenta en el momento de definición del precio referencial. Por lo expuesto sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Brazo portatubo articulado montado sobre chasis rodante con rotación del tubo en un eje frontal (para arriba / abajo) de +100°/-45°. Con sistema de freno manual o eléctrico.	06-08-2019	16:18:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:13:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rango mA: 32 a 200 mA o mejor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos desde 50 mA y así dar mayor participación de oferentes. De esta manera el ítem quedaría de la siguiente manera: Rango mA: 50 o menor a 200 mA o mayor.	06-08-2019	16:19:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:14:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante revea y actualice el precio referencial, pues en realidad en el ítem 14 se encuentran tres equipos y varios accesorios componen el precio. Resaltamos que no solo piden un equipo de rayos x, sino también los siguientes equipos: digitalizadora, estación de trabajo e impresora de imágenes de radiografía, junto con los componentes chasis de distintos tamaños y chalecos plomados. Haciendo una suma rápida, fácilmente se llega a 4 veces el precio referencial y por otro lado sugerimos a la convocante adquirir un equipo digital directo, y en caso de necesidad de la impresora adquirirlo por separado para no incrementar el precio del ítem y hacer mas competitivo y barato a la convocante. Es sabido que los fabricantes de equipos de radiografía son distintos a los de impresiones, y por ende un proveedor local debería integrar proveedores, lo que conllevaría a un costo alto final para la convocante.	06-08-2019	16:19:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	14:42:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAR: Posición Fowler o espalda de 60° o mayor. RECOMENDAMOS QUE SE SOLICITE COMO MINIMO HASTA 75° O MAYOR, PARA FACILITAR TERAPIAS RESPIRATORIAS Y CONFORT DEL PACIENTE.	06-08-2019	16:55:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	14:42:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Posición mecánica de RCP a ambos lados de la cama, con movimiento suave y amortiguado. RECOMENDAMOS QUE LAS MISMAS SEAN POR MEDIO DE PALANCAS A AMBOS LADOS DE LA CAMA, PARA FACILITAR LA TAREA DEL PERSONAL MEDICO EN LA URGENCIA DEL CASO.	06-08-2019	16:57:12
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:14:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
RECOMENDAMOS INCORPORAR: Alarma audible y visual de : Salida del paciente. Freno (suena cuando se conecta la cama y el freno queda desbloqueado)	06-08-2019	16:58:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:05:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Trendelenburg de 12° o mayor. Y DONDE SOLICITAN: Trendelenburg inverso de 12° o mayor. RECOMENDAMOS INCREMENTAR A 15° O MAYOR, PARA UNA MEJOR ATENCIÓN AL PACIENTE.	06-08-2019	17:00:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:16:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El precio referencial del ítem 6 Bomba de Infusión a Jeringa es de Gs. 5.750.000.- Solicitamos evaluar la posibilidad de aumentar dicho valor a por lo menos Gs. 8.700.000.- el cual es el precio promedio del mercado para los equipos con tecnologías modernas, vanguardistas y por ende, prestaciones más elevadas.	06-08-2019	17:02:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	14:45:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Fabricado en acero inoxidable Tres planos con barandillas en tres lados o provisto de cajones. SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON ACERO DE ALTA RESISTENCIA EN PINTURA EPOXI, CON CUBIERTA SUPERIOR EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA AISLAMIENTO DE EQUIPOS.	06-08-2019	17:02:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:16:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Amplio intervalo para seleccionar velocidades de flujos desde muy baja hasta muy alta (desde 0.1 ml./hora hasta 300 ml./hora). Se consulta: Sugerimos modificar e incluir lo siguiente: Rango de flujo de 0,1 a 999,9 ml/h con incrementos de 0,01 a 1 ml/h. Considerando que las bombas de infusión a jeringa se utilizan en servicios como anestesia, pediatría, neonatología donde la precisión de la infusión es de vital importancia.	06-08-2019	17:04:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:16:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las EETT del ítem 6 sugerimos incluir el siguiente requerimiento: El equipo deberá poseer la capacidad de soportar librería de drogas de por lo menos 650 medicamentos. Esta característica disponible en la nueva generación de equipos permite optimizar y disminuir errores en la configuración y dosificación de la terapia de infusión, cualidad importante para los equipos que funcionan en servicios donde se requiere una alta precisión como son los servicios de anestesia, pediatría, neonatología, etc.	06-08-2019	17:05:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:10:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
RECOMENDAMOS ACLARAR SUFICIENTEMENTE EL PUNTO DONDE SEÑALA: Cajón superior, PARA QUE TODOS PODAMOS COTIZAR LO MISMO SE PODRIA ESTABLECER COMO: Mínimo 4 gavetas para almacenar material quirúrgico Bloqueo general de gavetas, y Mesa Auxiliar plegable para colocar dispositivos.	06-08-2019	17:05:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:16:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las EETT del ítem 6 sugerimos incluir el siguiente requerimiento: Posibilidad de trabajar con un módulo de monitoreo y control de glucosa, con algoritmo para el cálculo de dosis de insulina. Esta característica permitirá la posibilidad de evaluar el nivel de glucosa principalmente en aquellos pacientes con una terapia especial de alimentación, potenciando la efectividad de la medicación infundida durante el tratamiento.	06-08-2019	17:05:45

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:11:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Línea de extensión o prolongador estéril con fecha de vencimiento mínimo a 1 año de la fecha de entrega del producto, paq. X 50 (1) Se consulta: Solicitamos por favor aclarar la cantidad de líneas de extensión requeridas y además sugerimos que incluyan en la solicitud las jeringas, aclarando el tamaño de las mismas; esto a modo de completar el set de infusión, ya que solo con la extensión es insuficiente para el funcionamiento de la bomba de infusión.	06-08-2019	17:07:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:17:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente. Se consulta: Solicitamos aclarar la duración de la capacitación de uso y servicio técnico. Sugerimos considerar 2 horas de entrenamiento para cada servicio donde se instalen los equipos.	06-08-2019	17:08:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:17:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Se consulta: Solicitamos aclarar las condiciones de garantía realizando la siguiente modificación: Plazo de garantía de 2 años con las siguientes condiciones: • Para el primer año de garantía incluir costos de mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos. • Para el segundo año de garantía incluir costos de mantenimiento preventivo. Las condiciones requeridas aplican para garantizar el buen funcionamiento de los equipos según protocolos del fabricante y para corrección de fallas de funcionamiento, no así para inconvenientes originados por mala utilización de los equipos.	06-08-2019	17:11:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	14:50:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Donde dice Bifásica con alivio de presión Solicitamos que: La Convocante elimine este punto o lo ponga como opcional ya que el mismo corresponde a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad.	06-08-2019	17:13:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:17:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Donde dice Volumen Objetivo por control de presión Solicitamos que: La Convocante elimine este punto o lo ponga como opcional ya que el mismo corresponde a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad.	06-08-2019	17:14:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	14:51:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Donde dice Presión Soporte con Volumen Objetivo Solicitamos que: La Convocante elimine este punto o lo ponga como opcional ya que el mismo corresponde a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad.	06-08-2019	17:15:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:12:57

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Donde dice Tiempo de ascenso inspiratorio: automático – Manual 1 – 15. Solicitamos que: La Convocante modifique este punto a Tiempo inspiratorio: 0.11 s o menor a 10 s o mayor este punto corresponde a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad. Los equipos de Alta Complejidad no contemplan el tiempo inspiratorio Automático ya que es un parámetro que debe ser ajustado por el personal médico. Con la modificación sugerida permitirá la participación a oferentes con marcas de mejores prestaciones a las solicitadas en estas EETT.	06-08-2019	17:16:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:19:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Donde dice Umbral espiratorio ajustable: Automático – Manual de 5-55% Solicitamos que: La Convocante elimine este punto o lo ponga como opcional ya que el mismo corresponde a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad.	06-08-2019	17:16:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:14:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Donde dice Volumen Tidal: Pediátrico/Neo: 20 hasta 1000 ml – Adulto: 100 hasta 3000 ml Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Volumen Tidal: Pediátrico/Neo: 2 ml o menor hasta 300 ml o mayor – Adulto: 100 ml o menor hasta 3000 ml o mayor El volumen Tidal mínimo solicitado (20 ml) no contempla a pacientes neonatales, incumpliendo con lo solicitado en la descripción general del equipo y el volumen máximo en pacientes pediátricos (1000 ml) ya contempla a pacientes adultos por lo que carece de sentido lo solicitado. Lo solicitado en este punto corresponde a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad.	06-08-2019	17:17:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:19:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Donde dice Presión inspiratoria: Pediátrico/Neo: 0 hasta 70 cmH2O – Adulto: 0 hasta 80 cmH2O Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Presión inspiratoria: 1 cmH2O o menor hasta 95 cmH2O o mayor La Presión inspiratoria por norma de seguridad algunos equipos no permiten que sea 0, de manera a no causar un colapso alveolar en caso de fallo de PEEP, al modificar a lo expuesto permite la participación a oferentes que contemplan estas normas de seguridad. Lo solicitado en este punto corresponde a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad.	06-08-2019	17:18:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:12:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Donde dice Flujo: Pediátrico/Neo: 1 hasta 100 L/min – Adulto: 1 hasta 180 L/min Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Flujo: Pediátrico/Neo: 2 L/min o menor hasta 30 L/min o mayor – Adulto: 2 o menor hasta 120 L/min o mayor Consideramos que el flujo solicitado para pacientes neonatales y pediátricos es sumamente excesivo, un flujo muy grande en pacientes neonatales podría causar lesiones pulmonares o barotraumas, al modificar a lo expuesto permite la participación de oferentes de equipos que cumplen con la condición de Alta Complejidad. Lo solicitado en este punto corresponde a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad.	06-08-2019	17:20:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:20:14
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Donde dice Sensibilidad de disparo (trigger): Presión: de 0 a -5 cmH2O – Flujo: De 0.1 a 2.0 L/min Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Sensibilidad de disparo (trigger) por Presión, por Flujo o ambos Existen equipos que por normas Europeas trabajan con un mecanismo de Trigger dual (Presión y Flujo) los cuales detectan el esfuerzo realizado por el paciente y automáticamente permite la ventilación. La manera en la que la Convocante solicita, limita la participación de oferentes que cuentan con esta tecnología que significa un avance en el mecanismo de Trigger. Lo solicitado en este punto corresponde a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad.	06-08-2019	17:20:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:23:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Donde dice Pausa inspiratoria 15 seg y Pausa espiratoria 15 seg Solicitamos que: La Convocante elimine estos puntos o lo considere como opcional. Existen equipos que consideran la Pausa inspiratoria dentro del control de Tiempo Inspiratorio, así mismo a la Pausa espiratoria lo considera dentro del control de Tiempo espiratorio. Estas son tendencias de las nuevas tecnologías en el mercado, lo solicitado se ajusta a parámetros de ventilación de equipos antiguos y que no se ajustan a las nuevas tendencias y actualizaciones. La manera en la que la Convocante solicita, limita la participación de oferentes que cuentan con esta tecnología que significa un avance en el mecanismo de Trigger. Lo solicitado en este punto corresponde a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad.	06-08-2019	17:22:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:23:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Donde dice Batería interna recargable con autonomía de 1 (una) hora como mínimo Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Batería interna recargable con autonomía de 45 minutos o mayor. Lo solicitado en este punto junto con las demás especificaciones corresponden a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad	06-08-2019	17:23:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:24:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Donde dice Violación I:E Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Sistema de seguridad que evite una programación errónea de la I:E. Existen equipos con tecnologías que no permiten una configuración errónea de la I:E, teniendo en cuenta que la misma depende de los tiempos inspiratorios y espiratorios. Lo solicitado en este punto corresponde a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad.	06-08-2019	17:24:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:20:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta En la sección Alarmas Automáticas, donde dice Tiempo inspiratorio corto, Tiempo inspiratorio largo y Volumen objetivo no alcanzado Solicitamos que: La Convocante elimine estos puntos o los modifique a OPCIONAL. Las alarmas solicitadas en este punto corresponden a parámetros propios del Ventilador Newport e360 por lo que solamente esta marca podría cumplir con estos puntos . Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad.	06-08-2019	17:26:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:20:41
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta En la sección Valores mostrados en pantalla, donde dice PEEP, PEEP Total Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por PEEP, PEEP intrínseca. Existen equipos que consideran a la PEEP como PEEP total por lo que solicitar ambas sería redundante. El valor de PEEP que realmente es necesario mostrar al momento de la ventilación es la PEEP intrínseca o PEEP _i , esto lo cumplen todos los ventiladores con tecnologías actuales, por lo que consideramos que es una modificación válida. Lo solicitado en este punto corresponde a parámetros propios del Ventilador Newport e360 por lo que solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad.	06-08-2019	17:31:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:24:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta En la sección Valores mostrados en pantalla, donde dice Complacencia: dinámica efectiva, estática Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Complacencia: dinámica o estática. Ya que para la medición de la compliance dinámica se incluye la compliance estática, no es necesario la medición de ambos conceptos, esto no implica un aporte a la ventilación y solo es posible para ventiladores antiguos con sensores de presión mecánicos y no de flujo electrónico. Lo solicitado en este punto corresponde a parámetros propios del Ventilador Newport e360 por lo que solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad	06-08-2019	17:33:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:24:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta En la sección Valores mostrados en pantalla, donde dice Complacencia: dinámica efectiva, estática Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Complacencia: dinámica o estática. Ya que para la medición de la compliance dinámica se incluye la compliance estática, no es necesario la medición de ambos conceptos, esto no implica un aporte a la ventilación y solo es posible para ventiladores antiguos con sensores de presión mecánicos y no de flujo electrónico. Lo solicitado en este punto corresponde a parámetros propios del Ventilador Newport e360 por lo que solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad.	06-08-2019	17:33:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:25:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Donde dice Diferencia porcentual entre Volumen Tidal Inspiratorio y Espiratorio y Trabajo respiratorio WOB Solicitamos que: La Convocante elimine este punto o lo ponga como opcional ya que los mismos corresponden a características propias del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad.	06-08-2019	17:34:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:25:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Donde dice Bucles: Volumen/Presión, Flujo/Volumen Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Bucles: Volumen/Presión o Flujo/Volumen o ambos Existen equipos con tecnologías de punta y que cumplen con todas las normas de calidad que cuentan solo con un tipo de bucle, solicitar dos tipos limitaría la participación de oferentes que no cumplirían con este único punto pero que cuentan con mejores prestaciones a las solicitadas. Estas especificaciones corresponden a características propias del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad.	06-08-2019	17:35:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:25:46
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Donde dice Certificación: Certificados de calidad ISO 9001, CE, Mercosur Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Certificación: Certificados de calidad ISO 9001, ISO13485, CE, Mercosur por lo menos dos de ellas. Al solicitar certificados Mercosur, excluyen completamente a equipos con certificaciones Europeas o de Estados Unidos. Entendemos que al solicitar Ventiladores de Alta Complejidad, se refieren a equipos con tecnologías de punta que cuenten con los más altos estándares de calidad tanto de Europa como de Estados Unidos, pero entre las certificaciones que solicitan excluyen a la más importante para dispositivos médicos que es la ISO 13485. La no modificación de este punto permitiría la participación de equipos de dudosa calidad y funcionalidad.	06-08-2019	17:36:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:26:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Solicitamos a la Convocante que redireccione las especificaciones solicitadas para este punto, las mismas no se ajustan a los solicitado Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y las mismas apuntan a la marca Newport con su modelo e360, la cual bajo ningún criterio, puede considerarse un equipo de Alta Complejidad. Si bien podemos decir que en varios puntos de estas EETT existen equipos que los cumplen, la totalidad de ellas solo podrá cumplirlo el equipo mencionado. El Ministerio ya tiene experiencia con equipos de esta marca y modelo, y está más que demostrado que no cumplen con los parámetros ni tecnología necesaria para cubrir las necesidades de los hospitales ni de los pacientes. Así también, el Ministerio ya adquirió equipos que realmente corresponden a la categorización de Alta Complejidad por lo que bien puede comparar experiencias con estos equipos y optar por la mejor. Instamos a que la Convocante pueda rever el sentido de lo solicitado en esta licitación de manera a permitir una correcta competencia entre equipos de Alta Gama, evitando de esta manera protestas y tiempos muertos a causa de las mismas.	06-08-2019	17:43:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:26:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 3. Servocuna En el punto donde dice Sistema calefactor desmontable para facilitar la limpieza y desinfección y/o mantenimiento de acuerdo a la necesidad Se pide eliminar este punto ya que el hecho de desmontar el sistema calefactor implica la presencia del personal técnico entrenado, ya que para esto se precisan herramientas especiales y requiere un cuidado especial siendo que se trata de un sistema delicado en cuanto a manipulación.	06-08-2019	17:44:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:21:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 3. Servocuna En el punto Permeable a rayos x con posiciones Trendelenburg y Fowler Se pide considerar que la posición Fowler es realizada en pacientes adultos y no en neonatos. Por tanto, se pide cambiar este ítem a Permeable a rayos x con posición Trendelenburg	06-08-2019	17:45:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:21:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 3. Servocuna En el punto Permeable a rayos x con posiciones Trendelenburg y Fowler Se pide considerar que la posición Fowler es realizada en pacientes adultos y no en neonatos. Por tanto, se pide cambiar este ítem a Permeable a rayos x con posición Trendelenburg	06-08-2019	17:46:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:21:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 3. Servocuna En el punto Termostato adicional de seguridad para el caso de avería del termostato de temperatura ambiente próxima al paciente Se pide amablemente a la convocante que considere las nuevas tecnologías de seguridad para el caso de averías del sensor de temperatura de aire, por lo tanto, se pide respetuosamente considerar el punto como sigue: Sistema de seguridad para el caso de fallos en el sensor de temperatura de aire	06-08-2019	17:47:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:22:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 3. Servocuna En el punto Memoria no volátil para almacenamiento de parámetros en caso de corte de suministro eléctrico. Se pide amablemente eliminar este punto ya que, ante un fallo en el suministro eléctrico, el hospital debería de contar con un sistema de emergencia. Existen servocunas de excelente calidad de marcas que ofrecen una amplia gama de equipos y especialmente enfocadas en neonatología, las cuales poseen un sistema que les permite pre calentar automáticamente a un valor definido por el usuario para mayor seguridad en el control térmico del ambiente que rodea al RN.	06-08-2019	17:48:09

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:27:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 3. Servocuna En el punto Unidad calefactora radiante con termostato de seguridad. Las nuevas servocunas poseen un sistema electrónico realimentado, dedicado a dar seguridad al paciente ante un posible sobre calentamiento de la unidad calefactora. Se pide a la convocante que considere a equipos con mejores tecnologías que el solicitado.	06-08-2019	17:50:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: SE ACLARA QUE SEREFIERE REBATIR NO DESMONTAR COMO TAL EL EQUIPO	11-10-2019	15:08:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 3. Servocuna En el punto Tres tomas auxiliares parte posterior de la estructura p/ conexión equipos adicionales Se pide a la convocante que considere el caso de que la tendencia es no colocar regletas auxiliares ya que existe la posibilidad de sobrecargar el equipo, provocando un fallo grave, y, como son pacientes recién nacidos esto conlleva a un problema mayor siendo que el tiempo de respuesta ante un fallo del equipo debe ser el menor posible. Por tanto, se pide respetuosamente eliminar este punto.	06-08-2019	17:51:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:27:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 – Incubadora En el punto Introducción a la cúpula a través de dos filtros submicrónicos inferior a 0,5 mm. Se pide a la convocante considerar que existen incubadoras de excelente calidad y de marca de prestigio que no necesitan dos filtros para introducción de aire a la cúpula. Se pide tener en cuenta la eficiencia del filtro de entrada de aire. Favor considerar el cambio de este punto a Introducción a la cúpula a través de microfiltro de eficiencia mínima de 99.9% de 0,5mm o menor	06-08-2019	17:51:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE SE PODRAN OFERTAR EQUIPOS CON MEJOR TECNOLOGIA	29-10-2019	13:49:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 – Incubadora En el punto Capacidad de entrada entre 15 y 16 L/min. Se pide a la convocante que en este punto consideren que cada fabricante tiene un modo distinto de construcción del habitáculo y de filtrar la entrada de aire y también del flujo necesario para que al RN llegue un flujo de aire óptimo. Favor considerar este punto como Capacidad de entrada de aire desde 7 L/min o mayor	06-08-2019	17:52:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:28:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 – Incubadora En el punto Lecho: Tamaño mínimo requerido para el lecho es de 80 x 57 cm. Colchoneta de material lavable e inocuo para el neonato Favor no limitar la participación de oferentes de equipos de excelente calidad en este punto. Se pide amablemente poder cambiar las dimensiones y dejar este punto como sigue: Lecho: Tamaño requerido es de 80 cm o mayor x 40 cm o mayor. Colchoneta de material lavable e inocuo para el neonato	06-08-2019	17:53:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:24:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 – Incubadora En el punto Termómetro digital de 3 dígitos como mínimo. Rango de 20 a 50° C Precisión en la medición de temperatura 0,1 a 0,2° C Sugerimos amablemente a la convocante que se considere ampliar el rango y la precisión en la medición para poder dar chance de participación a oferentes con equipos de excelente calidad con años de experiencia en el mercado europeo y americano. Sugerimos poder abrir este punto a Termómetro digital de 3 dígitos como mínimo. Rango de 15° a 45° C como mínimo. Precisión en la medición de temperatura de 0,1°C	06-08-2019	17:53:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:24:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 – Incubadora En el punto Termostato adicional de seguridad para el caso de avería del control de temperatura del aire Se pide amablemente a la convocante considerar que este punto hace referencia a sistemas antiguos de seguridad para incubadoras. Los nuevos sistemas microprocesados tienen una medida distinta de asegurar la salud del RN, los cuales utilizan un control realimentado para medir los parámetros de temperatura del calentador, por tanto, se pide cambiar este punto a Sistema de seguridad adicional para el caso de avería del control de temperatura del habitáculo	06-08-2019	17:54:12

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE EL RANGO DE TEMPERATURA ES 15° A 50°, CON PRECISION DE 0.1 A 0. 2° FIJARSE EN LA ADENDA 9	17-10-2019	14:25:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos respetuosamente que nos aclaren cual es modo del contrato ya sea ABIERTO o CERRADO. Ya que si es ABIERTO deberían de poner las cantidades mínimas y máximas de equipos a ser entregados, ya que es AMBIGUO la forma en que van a ir solicitando los productos	06-08-2019	17:54:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	15:19:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 – Incubadora En el punto Oxígeno: Una entrada limitada a 35% de concentración aproximadamente y regulable, Conexión tipo Diss, Entrada conectable a una red central o cilindros. Se sugiere a la convocante que considere a equipos de excelente calidad que cumplen con las normativas para fabricación de incubadoras, los cuales tienen un regulador de concentración de oxígeno que va desde 21% en adelante y el facultativo puede definir la concentración más acertada para el RN. Por tanto, considerar este punto como: Oxígeno: Una entrada regulable desde 21% a 60% de concentración de oxígeno, Conexión tipo Diss, Entrada conectable a una red central o cilindros.	06-08-2019	17:54:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:25:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que una vez aclarado la MODALIDAD del contrato, extiendan los plazos que están establecidos en éste llamado solamente de 60 días. Para empresas que distribuimos equipos/productos NUEVOS normalmente tenemos que aguardar lo tiempos de producción y luego los tiempos de envío que normalmente sumando ambos tiempos, alcanzaría o rondaría los 120 días hábiles. Al menos para las empresas que ofertamos productos EUROPEOS que cumplen y superan éstas especificaciones técnicas.	06-08-2019	17:54:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:29:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos por favor aclarar si la convocante quiere o necesita adquirir solamente productos de origen MERCORSUR ya que éstos plazos de entrega resultan IMPOSIBLES de cumplir para empresas que importamos productos EUROPEOS.	06-08-2019	17:55:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:30:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos a la convocante si en ésta ocasión quieren realizar un llamado similar al que se hizo en IPS con ID°: 353.996, para que puedan favorecer a la misma empresa adjudicada en ese llamado. Por lo cual instamos a que especifiquen al menos las cantidades mínimas que van a necesitar, como así también, los plazos de las cantidades mínimas.	06-08-2019	17:55:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	15:21:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 – Incubadora En el punto Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución Se pide amablemente a la convocante aclarar este punto ya que supone un compromiso muy grande para el oferente, pues, no se aclara si el fallo se debe a un defecto de fábrica o por mal uso o malas instalaciones eléctricas del hospital. Favor considerar este punto como sigue: Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier defecto de fabricación incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución	06-08-2019	17:55:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE SE REFIERE A DEFECTOS DE FABRICA	11-10-2019	15:21:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos a la convocante ACLARAR los lugares en donde serán instalados éstos productos, ya que no es el mismo costo operativo que instalar los productos en Asunción, como así en FUERTE OLIMPO – Chaco. Asumimos que la respetable convocante ya tiene establecido sus necesidades de equipar las distintas terapias a nivel país. Éste dato podría ser perjudicial para ambas partes y solicitamos aclarar lo antes posibles para evitar controversias y/o en el peor de los casos, solicitar Advenimiento a la DNCP. Todo esto se puede salvar si la convocante aclara sus necesidades.	06-08-2019	17:55:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
LA INSTALACION DE EQUIPOS SE REALIZARÁ CONFORME A LAS NECESIDADES DEL MSPYBS, EN MODO DE ORIENTACION LAS PRIORIDADES DE ENTREGA SERAN EN CONCEPCION, PEDRO JUAN CABALLERO, CIUDAD DEL ESTE, LUQUE Y ASUNCION.	11-10-2019	15:22:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante el porcentaje de ANTICIPO para ésta licitación, ya que no esta estipulado el mismo, como así también las cantidades ni lugares de entrega de los productos.	06-08-2019	17:56:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	15:24:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 5: Monitores Multiparamétrico Consulta Donde dice Construcción compacta con sistema modular para la determinación de los signos vitales acorde a normas internacionales Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Construcción compacta con sistema modular o preconfigurada para la determinación de los signos vitales acorde a normas internacionales Al solicitar únicamente sistema modular no permite la participación de oferentes con marcas que también cuentan con normas internacionales como FDA o TUV. Solicitamos la modificación a modo de permitir un mayor número de oferentes de equipos que cumplen con normas de calidad Europeas y que ya han demostrado su funcionalidad y calidad en varios hospitales del Ministerio de Salud.	06-08-2019	17:56:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:30:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos si en el PARQUE VENEZUELA se realizará la RECEPCIÓN FINAL de los bienes, ya que por PROPIA EXPERIENCIA, ellos nos hicieron entregar el otros servicios/hospitales, lo cual generan costos adicionales, sin mencionar los daños que se podrían ocasionar a los productos por el traslado a distintos lugares.	06-08-2019	17:56:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE LA ENTREGA SE HARAN EN PARQUE VENEZUELA Y SEGÚN EL REQUERIMIENTO DEL MSPYBS	17-10-2019	14:26:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 5: Monitores Multiparamétrico Consulta Donde dice Modo curva fija 3.125, 6.25 y 12.5 Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por OPCIONAL Lo solicitado por la convocante es un punto muy específico que solo unas pocas marcas, en el peor de los casos solo una, podría cumplir con lo solicitado. Solicitamos su modificación a Opcional con el fin de permitir la participación de más oferentes de equipos.	06-08-2019	17:56:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:26:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que éste contrato de todas las obligaciones tenga vigencia máxima de hasta 3 años, ya que por experiencia el MSPyBS tiene contratos por más de 4 años y siguen extendiendo en vez de solicitar que se entreguen todos los productos. lo cual genera gastos innecesarios a la contratada.	06-08-2019	17:56:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	15:24:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que aclaren CUAL ES LA NORMA MERCOSUR que aplica para equipos médicos, ya que es totalmente injusto (y un potencial RIESGO para los pacientes) para los que proveen productos con CERTIFICACIONES CE y FDA tengamos que competir contra productos que no están certificados para uso médico y mucho menos uso en pacientes. Al menos soliciten la norma ISO 13485 referente a las normas mínimas para la fabricación para DISPOSITIVOS MÉDICOS.	06-08-2019	17:57:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:34:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ítem 5: Monitores Multiparamétrico Donde dice ECG, que permita el despliegue de al menos dos curvas a elegir de 12 derivaciones Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por ECG, que permita el despliegue de al menos dos curvas a elegir de por lo menos 7 derivaciones Lo solicitado en este punto comprende a un equipo de Alta complejidad, los cuales poseen muchas mejores prestaciones que lo solicitado para este ítem, pero así también son muchos más costosos, sin embargo el precio referencial fijado por la convocante apenas se ajusta a un equipo de mediana complejidad. Solicitamos la modificación de este punto de modo a dar más participación a oferentes.	06-08-2019	17:57:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:35:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 5: Monitores Multiparamétrico Donde dice Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Función de despliegue simultáneo de hasta 7 derivaciones Al igual que en el punto anterior, lo solicitado en este punto comprende a un equipo de Alta complejidad, los cuales poseen muchas mejores prestaciones que lo solicitado para este ítem, pero así también son muchos más costosos, sin embargo el precio referencial fijado por la convocante apenas se ajusta a un equipo de mediana complejidad. Podemos también asumir que el resto de las especificaciones aplica a un equipo de mediana complejidad, ya que entre los accesorios solicitados no se encuentran cables de ECG de 5 o más puntas, los cuales servirían para lograr 12 derivaciones en ECG. Solicitamos la modificación de este punto de modo a dar más participación a oferentes.	06-08-2019	17:57:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:35:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes y/o servicios similares (EQUIPOS MÉDICOS, BIOMÉDICOS) en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2016, 2017, 2018) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscritos desde su existencia como empresa. CONSULTA: En vista que el volumen de compras es grande, solicitamos amablemente a la convocante considerar lo siguiente: Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes y/o servicios similares (EQUIPOS MÉDICOS, BIOMÉDICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS) en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2016, 2017, 2018) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscritos desde su existencia como empresa.	06-08-2019	17:58:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	15:25:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 5: Monitores Multiparamétrico Consulta Donde dice Rango de medición 15 a 300 lmp. Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Rango de medición 20 o menor a 300 o mayor lmp. Lo solicitado por la convocante es un punto muy específico que solo unas pocas marcas, en el peor de los casos solo una, podría cumplir con lo solicitado. Solicitamos su modificación con el fin de permitir la participación de más oferentes de equipos.	06-08-2019	17:58:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:27:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La Contratante establece en el Pliego de Bases y Condiciones lo siguiente en las Condiciones de Pago: ...Una vez aprobadas las documentaciones a través de la Ventanilla Única de Proveedores (V.U.P.), el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja otorgado en forma mensual por el Ministerio de Hacienda y se tendrá 60 (sesenta) días contados a partir de la fecha de aprobación de las documentaciones por parte del Departamento de Ejecución de Contratos para continuar con el proceso de pago. A los efectos de este Contrato en aplicación del Art. de la Ley 3.439/07 Solicitamos a la Convocante permita modificar las condiciones del plazo para pago y sean establecidas de la siguiente manera: "Una vez aprobadas las documentaciones, el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja otorgado en forma mensual por el Ministerio de Hacienda y se tendrá 60 días contados a partir de la Recepción de la Factura presentada en la Ventanilla Única de Proveedores (V.U.P.) de la Dirección General de Administración y Finanzas.	06-08-2019	17:58:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	17-10-2019	14:27:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 5: Monitores Multiparamétrico Consulta Donde dice Calibración interna automática con señal de prueba Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por OPCIONAL Lo solicitado por la convocante es un punto muy específico que solo unas pocas marcas, en el peor de los casos solo una, podría cumplir con lo solicitado. Existen marcas de equipos que realizan calibraciones automáticas pero sin señales de prueba y otros que necesitan la intervención del usuario para las calibraciones. Solicitamos su modificación con el fin de permitir la participación de más oferentes de equipos.	06-08-2019	17:58:51

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:28:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
olicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03 y las Condiciones Generales del Contrato Cláusula 15. Pago de Anticipo y Garantía - 15.1 Si se establece en las CEC el pago de anticipos, no podrá superar en ningún caso el 50% del monto del contrato de conformidad al artículo 20 inciso q de la Ley N°2051/03 de Contrataciones Públicas. Con anterioridad a la entrega del anticipo, el Proveedor deberá entregar a la Contratante una Garantía de Anticipo en guaraníes por el ciento por ciento (100%) del monto entregado en dicho concepto, y en las formas establecidas en el Art. 81 del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. CGC 15.1. Considerando el alcance de esta Licitación y por tratarse de un llamado de gran envergadura, solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03. De no prever anticipo financiero que respalde la ejecución del contrato, el volumen de oferentes se verá considerablemente afectado, ya que la capacidad financiera total para solventar el contrato adjudicado recaería exclusivamente sobre el oferente.	06-08-2019	17:59:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	15:39:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 5: Monitores Multiparamétrico Donde dice Tiempo de inflado aproximadamente 5 segundos Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por OPCIONAL Lo solicitado por la convocante es un punto muy específico que solo unas pocas marcas, en el peor de los casos solo una, podría cumplir con lo solicitado. Cada marca tiene su propio tiempo de insuflado, y esto a su vez depende del tipo de paciente y de las perturbaciones que pudieran haber. Solicitamos su modificación con el fin de permitir la participación de más oferentes de equipos.	06-08-2019	17:59:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:41:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CGC 17.1 y 17.2 Dice: El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% del valor total del contrato. La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días Art 39 de la ley 2051/03 siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato. La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo N° 36 de la Ley 2051/03. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato. Solicitamos por favor aclarar cual será el plazo de vigencia para la Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato, considerando que en el Modelo del Contrato en la cláusula 5. establece: VIGENCIA DEL CONTRATO El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.	06-08-2019	17:59:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	15:45:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los 60 días corridos, posteriores a la fechas de recepción de la Orden de Compras por parte del proveedor. Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega a 120 días teniendo en cuenta que la gran cantidad de equipos requeridos obliga a incurrir en un proceso de importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de tramites aduaneros. De manera a no limitar la presentación de potenciales oferentes.	06-08-2019	17:59:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	15:45:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 5: Monitores Multiparamétrico Consulta Donde dice Función de STAT o punción venosa Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por OPCIONAL Lo solicitado por la convocante es un punto muy específico que solo unas pocas marcas, en el peor de los casos solo una, podría cumplir con lo solicitado. Solicitamos su modificación con el fin de permitir la participación de más oferentes de equipos.	06-08-2019	17:59:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:41:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ítem 5: Monitores Multiparamétrico Consulta Donde dice Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla atribuibles a problemas de fábrica, no así a problemas o daños ocasionados por el usuario o por las instalaciones del hospital, incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución Al solicitar ante cualquier falla la convocante podría solicitar garantía del equipo aun en caso de mal uso del equipo, problemas de las instalaciones del hospital o cualquier otro que no pudiera tener relación con problemas de fábrica del equipo. Los oferentes no pueden hacerse cargo de esto ya que esto es responsabilidad de cada hospital donde serán entregados los equipos	06-08-2019	18:00:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE ES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA.	11-10-2019	15:46:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 – Bomba de infusión Se pide amablemente a la convocante considerar que el precio referencial de la bomba de infusión es bajo y se da a entender que el MPS-BS no está buscando lo mejor posible para el paciente, sino que da posibilidad a que se ofrezcan equipos de mediana calidad o remanufacturados o equipos que ya fueron utilizados en otros conceptos. Favor considerar un mejor precio referencial para estos equipos de manera que puedan ofertarse bombas de infusión de alta calidad, las cuales beneficiarán más a los pacientes en los hospitales del MSP-BS.	06-08-2019	18:01:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	15:46:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos si la convocante requiere comprar solo ecografos de la marca GE que representa SOLUMEDIC. Favor aclarar si quieren hacer compra directa o van a abrir las especificaciones técnicas para los demás oferentes	06-08-2019	18:02:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
NO ES LIMITANTE LA PARTICIPACIÓN CUALQUIER OFERENTE PUDE PARTICIPAR	11-10-2019	15:49:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 13: Ventilador Pulmonar de Alta Frecuencia por Oscilación Solicitamos que: La Convocante considere aumentar el precio referencial establecido a al menos Gs. 380.000.000. Teniendo en cuenta la complejidad del equipo solicitado, los accesorios y consumibles; el precio referencial estimado es demasiado bajo. Tomando como referencia los equipos adquiridos por la Convocante en la Licitación 282851 - ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA DE LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES, el monto de los Ventiladores de Alta Frecuencia adquiridas por la institución fue de Gs. 360.000.000, siendo estos equipos de la misma complejidad que las solicitadas en esta licitación. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre esa licitación y ésta creemos que el monto referencial solicitado no se ajusta a los costos actuales. En esta misma licitación, el monto referencial para el ítem 1 Ventilador de Alta Complejidad, es mayor que para este ítem, sabiendo que un ventilador de Alta Frecuencia es mucho más complejo y costoso. Consideramos que establecer un precio referencial tan bajo imposibilitaría la participación de oferentes que cuentan con las representaciones de marcas ya adquiridas por la institución y que ya han demostrado su calidad y durabilidad	06-08-2019	18:02:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	15:50:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS NOS INDIQUE ESPECIFICAMENTE LOS LUGARES DE INSTALACION DE LOS DISTINTOS ITEMS SOLICITADOS, DE MANERA A COSTEAR CORRECTAMENTE LOS GASTOS REFERENTE A LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS.	06-08-2019	18:02:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	15:54:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice El año de fabricación de los equipos médicos ofertados no deberá ser superior a 2 años Se da a entender que la convocante da posibilidades de participación a equipos remanufacturados o que ya fueron utilizados al considerar 2 años de fabricación como máximo. Se sugiere que la convocante pueda cambiar este punto del PBC a El año de fabricación de los equipos médicos ofertados no deberá ser superior a 1 año en manera de asegurar que los equipos sean nuevos.	06-08-2019	18:02:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:29:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto donde dice La adecuación de las instalaciones eléctricas y/o edilicias corren por cuenta del oferente, serán necesarias para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Se pide amablemente a la convocante eliminar este punto, puesto a que no es responsabilidad del oferente realizar adecuaciones edilicias y/o eléctricas con el fin de instalar los equipos. Estas condiciones las debería de ofrecer el MSP-BS a los pacientes. Además, los precios referenciales de los equipos son muy bajos como para que el oferente tenga posibilidades de realizar adecuaciones edilicias o eléctricas a las dependencias del MSP-BS.	06-08-2019	18:02:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	11-10-2019	15:58:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución designada por el MSPYBS. Se pide amablemente a la convocante que este punto sea cambiado a Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier fallo por defecto de fabricación incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución designada por el MSPYBS.	06-08-2019	18:03:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE SE REFIERE A DEFECTOS DE FABRICA	11-10-2019	16:01:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Hemos verificado todas las especificaciones técnicas y vemos que es copia fiel de las especificaciones técnicas de equipo de Armstrong AquaNase por lo tanto es dirigido a una sola empresa e incluso más, también vimos que solicitan canula nasal Aquanase que es la marca que utiliza la compañía para distribuir sus circuitos. Solicitamos no restringir la participación de otras marcas que incluso cuentan con FDA, y al estar dirigida no pueden participar. En caso de mantenerse las especificaciones cerradas nos veremos en la necesidad y obligación de protestar contra el pliego e incluso presentar el caso a la opinión publica a través de los medios de comunicación. No queremos que se considere esto como una amenaza sino como una manera de cumplir con la Ley de Contrataciones Públicas en donde las licitaciones no sean dirigidas como claramente es el caso.	06-08-2019	18:03:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:36:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Se consulta: Solicitamos aclarar las condiciones de garantía realizando la siguiente modificación: Plazo de garantía de 2 años con las siguientes condiciones: Para el primer año de garantía incluir costos de mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos. Para el segundo año de garantía incluir costos de mantenimiento preventivo. Las condiciones requeridas aplican para garantizar el buen funcionamiento de los equipos según protocolos del fabricante y para corrección de fallas de funcionamiento, no así para inconvenientes originados por mala utilización de los equipos.	06-08-2019	18:04:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE REFIERE A DEFECTOS DE FABRICA	11-10-2019	16:02:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Donde dice Bifásica con alivio de presión Solicitamos que: La Convocante elimine este punto o lo ponga como opcional ya que el mismo corresponde a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad pero al solicitar parámetros propios de este equipo imposibilita la participación a oferentes que si cuentan con equipos de Alta Complejidad que ya fueron adquiridos por el Ministerio y ya han demostrado su funcionalidad y durabilidad - además de que el NEWPORT ya se encuentra DISCONTINUADO, como bien lo sabra la convocante	06-08-2019	18:06:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:36:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1: Ventilador Pulmonar de Alta complejidad Consulta Donde dice Tiempo de ascenso inspiratorio: automático Manual 1 15. Solicitamos que: La Convocante modifique este punto a Tiempo inspiratorio: 0.11 s o menor a 10 s o mayor este punto corresponde a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto. Además el ítem indica Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y este modelo y marca en particular no cumple con esta condición ya que carece de parámetros considerados de Alta Complejidad. Los equipos de Alta Complejidad no contemplan el tiempo inspiratorio Automático ya que es un parámetro que debe ser ajustado por el personal médico. Con la modificación sugerida permitirá la participación a oferentes con marcas de mejores prestaciones a las solicitadas en estas EETT.	06-08-2019	18:06:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:37:08
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan generador de alto flujo y Cpap funcional para general oxigenación de alto flujo. Creemos que lo más razonable es que los equipos sean netamente de alto flujo ya que los equipos con que se cuentan en las terapias intensivas (ventiladores) del MSPyBS, todos cuentan con la opción de Ventilación no Invasiva (cpap), y esto lo único que hace es encarecer el equipo solicitado y dirigir a una única marca: Armstrong AquaNase	06-08-2019	18:07:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:37:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Presión Inspiratoria: Pediátrico/Neo: 0 hasta 70 cmH2O Adulto: 0 hasta 80 cmH2O Considerando que el control de presión inspiratorio es un control mandatorio por lo que solicitamos que rango mínimo tanto Pediatrico /Neo como adulto sea 1cmH2o	06-08-2019	18:07:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:37:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante ACTUALIZAR las eett ya que la marca NEWPORT ya se encuentra discontinuada, al menos, si la convocante quiere adquirir productos nuevos	06-08-2019	18:08:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:38:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Presión Inspiratoria: Pediátrico/Neo: 0 hasta 70 cmH2O Adulto: 0 hasta 80 cmH2O Solicitamos diga: Presión Inspiratoria: Pediátrico/Neo: 1 o menor hasta 70 cmH2O o mayor Adulto: 1 o menor hasta 80 cmH2O o más	06-08-2019	18:08:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:39:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos agregar Nebulizador incorporado	06-08-2019	18:08:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
NO ES LIMITANTE LA PARTICIPACIÓN	11-10-2019	16:08:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN Velocidad de flujo ajustable hasta 140 litros/minuto (CPAP), y alto flujo nasal hasta 70 litros/minuto. Solicitamos que los equipos puedan tener flujo hasta 60 litros ya que no se tiene literatura de utilizar hasta 70 litros, por lo que entendemos que esta especificación es al solo efecto de dirigir a una única marca: Armstrong AquaNase	06-08-2019	18:09:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:48:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Conexión externa VGA/USB, solicitamos que este punto sea opcional	06-08-2019	18:09:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:48:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice superficie radio lúcida para rayos X solicitamos diga superficie radio lucida o colchón radiolúcido para pruebas con rayos X	06-08-2019	18:10:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:42:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN Velocidad de alto flujo ajustable para uso Perioperatorio hasta 80 litros/minuto Solicitamos que el flujo sea hasta 60 litros porque no se tiene literatura donde se utilice dicho caudal. Entendemos por lo tanto que esta especificación es a solo efecto de dirigir el llamado a una única marca: Armstrong AquaNase	06-08-2019	18:10:45

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:49:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Alarma audible y visual de: Falla de energía eléctrica Estado de batería baja Solicitamos dejar estos puntos como opcional	06-08-2019	18:11:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:49:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Módulo porta colchón rectangular. Solicitamos diga Módulo porta colchón rectangular o redondo	06-08-2019	18:11:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:43:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan Permite CPAP de uso pediátrico y adulto. Aclaremos que todas las terapias cuentan con equipos ventiladores que realizan cpap por lo tanto solicitamos que sea opcional este punto, de manera a no direccionar el llamado a una única marca: Armstrong AquaNase	06-08-2019	18:12:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:56:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: - Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. - Mantenimiento preventivo del equipo durante la garantía. - Mantenimiento correctivo del equipo durante la garantía. Consulta: Solicitamos aclarar si lo solicitado referente al mantenimiento preventivo y correctivo durante los 2 años, se refiere a cualquier defecto que pueda presentar ya sea por error de fabrica o de usuario como ser caídas, golpes y/ o roturas accidentales y si se debe reemplazado cualquier accesorio, transductor o repuesto en caso de que el defecto sea ocasionado por un error del usuario o accidente. Citamos esto en vista que el costo de un transductor implica un parte importante del costo del equipo y puede ser dañado por una caída accidental y en el periodo de 2 años se pueden dañar incontables números de traductores.	06-08-2019	18:12:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE SE REFIERE A DEFECTOS DE FABRICA	17-10-2019	14:57:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Lámpara de Fototerapia, solicitamos que se pueda	06-08-2019	18:13:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITRISE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:58:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estan solicitando dos equipos que seria la base calentadora y el generador de alto flujo y al solicitar de esta forma los equipos son muy costosos para la convocante, por lo tanto solicitamos que sea un solo equipo que ya cuente con generador de aire para su mejor manejo ya que en algunos centros no cuenta con aire comprimido, y con esto dejar de dirigir a una sola marca: Armstrong AquaNase	06-08-2019	18:13:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	14:58:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por experiencia SOLICITAMOS a la convocante que se exija certificación consularizada por cada equipo con su número de serie donde CONSTE que el equipo/producto ES NUEVO, ya que en no existe otra manera de constatar que los productos que se entregaran sean USADOS o REMANUFACTURADOS.	06-08-2019	18:13:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA	17-10-2019	14:59:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos respetuosamente que nos aclaren cual es modo del contrato ya sea ABIERTO o CERRADO. Ya que si es ABIERTO deberían de poner las cantidades mínimas y máximas de equipos a ser entregados, ya que es AMBIGUO la forma en que van a ir solicitando los productos	06-08-2019	18:13:39

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:00:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Lámpara de Fototerapia solicitamos que se pueda ofertar con Lámpara de Fototerapia externa a fin de dar mayor participación a los oferentes	06-08-2019	18:13:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:44:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que una vez aclarado la MODALIDAD del contrato, extiendan los plazos que están establecidos en éste llamado solamente de 60 días. Para empresas que distribuimos equipos/productos NUEVOS normalmente tenemos que aguardar los tiempos de producción y luego los tiempos de envío que normalmente sumando ambos tiempos, alcanzaría o rondaría los 120 días hábiles. Al menos para las empresas que ofertamos productos EUROPEOS que cumplen y superan éstas especificaciones técnicas.	06-08-2019	18:13:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:45:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos por favor aclarar si la convocante quiere o necesita adquirir solamente productos de origen MERCOSUR ya que éstos plazos de entrega resultan IMPOSIBLES de cumplir para empresas que importamos productos EUROPEOS.	06-08-2019	18:14:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:46:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos a la convocante si en ésta ocasión quieren realizar un llamado similar al que se hizo en IPS con ID°: 353.996, para que puedan favorecer a la misma empresa adjudicada en ese llamado. Por lo cual instamos a que especifiquen al menos las cantidades mínimas que van a necesitar, como así también, los plazos de las cantidades mínimas.	06-08-2019	18:14:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:01:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cpap y alto flujo son dos tratamientos totalmente diferente por lo tanto no se puede utilizar el equipo al mismo tiempo o se utiliza Cpap (la institución cuenta en las terapias) o se utiliza el alto flujo para pacientes con insuficiencia respiratorias. Solicitamos que cpap sea opcional y no seguir dirigiendo el llamado a una sola marca: Armstrong AquaNase	06-08-2019	18:14:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:01:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante ACLARAR los lugares en donde serán instalados éstos productos, ya que no es el mismo costo operativo que instalar los productos en Asunción, como así en FUERTE OLIMPO – Chaco. Asumimos que la respetable convocante ya tiene establecido sus necesidades de equipar las distintas terapias a nivel país. Éste dato podría ser perjudicial para ambas partes y solicitamos aclarar lo antes posibles para evitar controversias y/o en el peor de los casos, solicitar Advenimiento a la DNCP. Todo esto se puede salvar si la convocante aclara sus necesidades.	06-08-2019	18:14:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
LA INSTALACION DE EQUIPOS SE REALIZARÁ CONFORME A LAS NECESIDADES DEL MSPYBS, EN MODO DE ORIENTACION LAS PRIORIDADES DE ENTREGA SERAN EN CONCEPCION, PEDRO JUAN CABALLERO, CIUDAD DEL ESTE, LUQUE Y ASUNCION.	17-10-2019	15:02:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante el porcentaje de ANTICIPO para ésta licitación, ya que no está estipulado el mismo, como así también las cantidades ni lugares de entrega de los productos.	06-08-2019	18:15:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	12-10-2019	13:30:52
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lecho: Tamaño mínimo requerido para el lecho es de 80x57 cm. Colchoneta de material lavable e inocuo para el neonato. Solicitamos diga Lecho: Tamaño mínimo requerido para el lecho es de 80x50 cm. Colchoneta de material lavable e inocuo para el neonato.	06-08-2019	18:15:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:02:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Hemos verificado todas las especificaciones técnicas y vemos que es copia fiel de las especificaciones técnicas de equipo de Armstrong AquaNase por lo tanto es dirigido a una sola empresa e incluso más, también vimos que solicitan canula nasal Aquanase que es la marca que utiliza la compañía para distribuir sus circuitos. Solicitamos no restringir la participación de otras marcas que incluso cuentan con FDA, y al estar dirigida no pueden participar. En caso de mantenerse las especificaciones cerradas nos veremos en la necesidad y obligación de protestar contra el pliego e incluso presentar el caso a la opinión publica a través de los medios de comunicación. No queremos que se considere esto como una amenaza sino como una manera de cumplir con la Ley de Contrataciones Públicas en donde las licitaciones no sean dirigidas como claramente es el caso.	06-08-2019	18:15:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:03:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos si en el PARQUE VENEZUELA se realizará la RECEPCIÓN FINAL de los bienes, ya que por PROPIA EXPERIENCIA, ellos nos hicieron entregar el otros servicios/hospitales, lo cual generan costos adicionales, sin mencionar los daños que se podrían ocasionar a los productos por el traslado a distintos lugares.	06-08-2019	18:15:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	12-10-2019	13:32:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Termómetro digital de 3 dígitos como mínimo. Rango de 20 a 50° C . Solicitamos diga Termómetro digital de 3 dígitos como mínimo. Rango de 15 a 45° C	06-08-2019	18:15:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:10:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
No están solicitando las medidas para las cánulas que normalmente vienen hasta ciertos flujos favor aclarar que tipo de cánulas necesitarían.	06-08-2019	18:16:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:14:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que éste contrato de todas las obligaciones tenga vigencia máxima de hasta 3 años, ya que por experiencia el MSPyBS tiene contratos por más de 4 años y siguen extendiendo en vez de solicitar que se entreguen todos los productos. lo cual genera gastos innecesarios a la contratada.	06-08-2019	18:16:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
adecuarse al PBC	14-10-2019	07:41:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que aclaren CUAL ES LA NORMA MERCOSUR que aplica para equipos médicos, ya que es totalmente injusto (y un potencial RIESGO para los pacientes) para los que proveen productos con CERTIFICACIONES CE y FDA tengamos que competir contra productos que no están certificados para uso médico y mucho menos uso en pacientes. Al menos soliciten la norma ISO 13485 referente a las normas mínimas para la fabricación para DISPOSITIVOS MÉDICOS.	06-08-2019	18:16:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:49:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Control con modo manual para ajuste de temperatura del aire de 23° C o menor a máximo 37° C. Solicitamos diga: Control con modo manual para ajuste de temperatura del aire de 30° C o menor a máximo 37° C.	06-08-2019	18:16:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:49:48

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan generador de alto flujo y Cpap funcional para genera oxigenación de alto flujo Solicitamos que los equipos sean netamente de alto flujo ya que los equipos que cuentan en las terapias intensivas (ventiladores) del MSPyBS, todos cuentan con la opción de Ventilacion no Invasiva (cpap), y esto encarece lo solicitado por la convocante innecesariamente y dirige a una sola marca: Armstrong AquaNase	06-08-2019	18:19:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:14:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos saber si solicitan equipos de altos flujo o equipos de cpap burbuja, ya que dentro de las especificaciones técnicas solicitan cpap burbuja y no vemos que soliciten los burbujeadores para la utilización de cpap burbuja.	06-08-2019	18:20:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:24:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Están solicitando dos equipos que seria la base calentadora y el generador de alto flujo y al solicitar de esta forma los equipos son muy costosos para la convocante, por lo tanto solicitamos que sea un solo equipo que ya cuente con generador de aire para su mejor manejo ya que en algunos centros no cuenta con aire comprimido.	06-08-2019	18:21:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:24:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Volumen Tidal: Pediátrico/Neo: 20 hasta 1000 ml. ENTENDEMOS QUE HAY UN ERROR INVOLUNTARIO YA QUE DE NINGUNA MANERA ES POSIBLE UN VOLUMEN TIDAL DE 1000ml PARA PACIENTES NEONATALES, CREEMOS QUE DEBIO SER 100ML POR LO QUE SOLICITAMOS LA MODIFICACION EN ESTOS TERMINOS.	06-08-2019	18:47:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:25:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Volumen Tidal: Adulto: 100 hasta 3000 ml. SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON VOLUMEN TIDAL ADULTO DE 100 A 2500ml PARA DAR UNA MAYOR PARTICIPACION Y NO DIRIGIR A UNA MARCA EN PARTICULAR.	06-08-2019	18:50:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:25:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN ALARMA DE VIOLACION DE I:E, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN.	06-08-2019	18:50:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:25:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN ALARMA DE Tiempo inspiratorio corto. Tiempo inspiratorio largo. SOLICITAMOS QUE ESTOS PUNTOS SEAN OPCIONALES PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN.	06-08-2019	18:51:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ES OPCIONAL REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:26:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN ALARMA DE VOLUMEN OBJETIVO NO ALCANZADO SOLICITAMOS QUE ESTA ESPECIFICACION SEA OPCIONAL PARA DAR MAYOR PARTICIPACION A OFERENTES IMPORTANTES DEL MEDIO.	06-08-2019	18:52:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:27:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

DONDE SOLICITAN: ALARMA DE VENTILACION DE RESPALDO BACK UP, SOLICITAMOS QUE LA MISMA SEA OPCIONAL PARA DAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE OFERENTES Y NO DIRIGIR A UNA SOLA MARCA.	06-08-2019	18:54:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:51:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Un Conjunto de mangueras de alta presión para gases medicinales (Aire comprimido y Oxígeno) con conectores compatibles con tomas existentes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital. SOLICITAMOS QUE LA MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO SEA OPCIONAL, YA QUE EXISTEN MARCAS QUE NO PRECISAN DE DICHA CONEXION A CONTAR CON TURBINAS PARA EL AIRE COMPRIMIDO.	06-08-2019	18:55:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:28:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
RECOMENDAMOS ATENDIENDO QUE NO TODOS LOS HOSPITALES CUENTAN CON INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO Y QUE AQUELLAS QUE TIENEN INCLUSO SUELEN TENER PROBLEMAS CON LA HUMEDAD QUE SE GENERA SE SOLICITE LA SIGUIENTE ESPECIFICACION: "El equipo deberá contar con compresor o turbina incorporada"	06-08-2019	18:58:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:29:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: con monitor gráfico color incorporado. RECOMENDAMOS ESTABLECER UNA MEDIDA DE 12 PULGADAS DEL TIPO TOUCH SCREEN COMO MINIMO PARA PODER VISUALIZAR BIEN LAS CURVAS Y BUCLES SOLICITADOS,	06-08-2019	19:00:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:29:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Trabajo respiratorio WOB, RECOMENDAMOS PARA ACOMPAÑAR ESTA ESPECIFICACION Y HACER UN EQUIPO DE MAYORES PRESTACIONES SOLICITAR QUE EL EQUIPO CUENTE CON: Calculo de Trabajo Respiratorio del Equipo.	06-08-2019	19:02:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:52:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 1 (UNO) Calentador con cámara de humidificación tamaño adulto/pediátrico. RECOMENDAMOS, ASI COMO PARA EL EQUIPO PRINCIPAL, EL VENTILADOR SE EXIGE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD CE O FDA O MERCOSUR AL MENOS UNA DE ELLAS, PARA ESTE EQUIPO HUMIDIFICADOR TENGA LAS MISMAS EXIGENCIAS.	06-08-2019	19:05:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:29:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SE SOLICITA; Ventilación no invasiva en todos los tipos ventilatorios, SIN EMBARGO SE ESTABLECE UN NIVEL DE COMPENSACION DE FUGAS MUY BAJO, RECOMENDAMOS COMO MINIMO DE 100 L/ MIN.	06-08-2019	19:10:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:29:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Batería interna recargable con autonomía de 1 (una) hora como mínimo. CONSIDERANDO LOS INCONVENIENTES EN EL SISTEMA ELECTRICO QUE ES SABIDO Y LA POSIBILIDAD DE TRANSPORTAR PACIENTES, RECOMENDAMOS AMPLIAR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA INTERNA DE RESPALDO POR LO MENOS A 4 HORAS.	06-08-2019	19:14:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:56:18
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Forma de onda bifásica exponencial... Consulta : Para dar mayor participación a otros oferentes se podrán ofertar equipos con ... Forma de onda rectilínea bifásica.	06-08-2019	23:17:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:32:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Tipo LCD TFT en color resolución 640 x 480 pixeles (VGA con 32 niveles de brillo por color). Consulta: Se podrán ofertar Tipo LCD TFT en color resolución 800 x 480 pixeles (LCD con 10 niveles de brillo por color. Teniendo en cuenta que tiene mejor definición y resolución no precisa mayor nivel de brillo?	06-08-2019	23:20:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	14-10-2019	08:30:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Velocidad de barrido: 20mm /s nominal (Traza estacionaria, barra de borrado de barrido) para SG y SpO2. Consulta: Se podrán ofertar equipos que realicen la velocidad de barrido de , 12,5mm/25mm/50mm, para dar mayor participación a otros oferentes?	06-08-2019	23:21:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:32:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Teniendo en cuenta que la American Hearth recomienda en su última actualización, contar con cardiosfibriladores que posean dispositivos de retro alimentación audiovisuales durante la RCP para la optimización en tiempo real del rendimiento de la RCP. Consultamos a la Convocante si es necesario que el cardiosfibrilador provea mensajes como: masajear más profundo, mas rápido, menos rápido, menos profundo para RCP.	06-08-2019	23:22:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:56:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los 60 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compras por parte del proveedor. Solicitamos diga: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los 90 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compras por parte del proveedor.	07-08-2019	04:09:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:57:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Dimensiones con electrodos de desfibrilación: 29,6 cm (AN) x 27,9,0 cm (F) x 23 cm (AL) (11,6 pulg. x 10,9 pulg. x 9 pulg.). Solicitamos se permita ofertar equipos con dimensiones de 35x26x32,2 o menor incluyendo palas o menos	07-08-2019	04:21:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:32:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: No más de 6,6 kg incluidos los electrodos de desfibrilación, el cable de los electrodos de desfibrilación, la batería y un rollo de papel entero. Solicitamos diga np más de 7,5 kg	07-08-2019	04:22:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:36:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: No más de 6,6 kg incluidos los electrodos de desfibrilación, el cable de los electrodos de desfibrilación, la batería y un rollo de papel entero. Solicitamos diga no más de 7,5 kg incluyendo palas externas	07-08-2019	04:23:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:40:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice Pantalla Tipo: LCD TFT en color, Resolución: 640 x 480 píxeles (VGA) con 32 niveles de brillo por color. Solicitamos que los 32 niveles de brillo por color sea opcional	07-08-2019	04:26:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:40:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Funcion de desconexion para succión, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE CONSIDERAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE LIMITA LA PARTICIPACIÓN CON ESA DESCRIPCION, EXISTEN FUNCIONES SIMILARES, POR LO QUE PODRIAN AGREGAR EN TODO CASO "o similar", o directamente declararlo OPCIONAL	07-08-2019	06:55:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:41:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Pantalla de 17". SOLICITAMOS PARA DAR MAYOR PARTICIPACIÓN A OFERENTES, PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON PANTALLA DE 10" COMO MÍNIMO. SINO SE ESTARIA DIRIGIENDO LAS EETT A UNA SOLA MARCA Y NO HABRIA COMPETENCIA	07-08-2019	06:58:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:41:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Presion inspiratoria (cmH2O) Limite inferior 1 o menor solicitamos permitan cotizar equipos con limite inferior de 4 cmH2O, PARA DAR MAYOR PARTICIPACION A OFERENTES.	07-08-2019	07:02:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	14-10-2019	08:35:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Frecuencia respiratoria (rpm) Limite inferior de 0.5 o menor, SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON LIMITE INFERIOR DE 2 O MENOR (rpm)	07-08-2019	07:04:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:41:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que aclare a qué parámetro ventilatorio refiere en éste punto, atendiendo a que ni siquiera cuanta con unidad de medida el parámetro solicitado, e instamos a la misma a considerarlo como un requerimiento OPCIONAL Tiempo de ascenso inspiratorio: - Automático. - Manual de 1-15.	07-08-2019	07:05:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:57:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Tiempo inspiratorio (seg) Limite superior 3 o mayor. SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON LIMITE SUPERIOR DE 2S O MAYOR, PARA DAR MAYOR PARTICIPACIÓN	07-08-2019	07:05:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:42:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que aclare a qué parámetro ventilatorio refiere en éste punto, atendiendo a que ni siquiera cuanta con unidad de medida el parámetro solicitado, e instamos a la misma a considerarlo como un requerimiento OPCIONAL Umbral espiratorio ajustable: - Automático. - Manual de 5-55%.	07-08-2019	07:06:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:58:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Nivel de presión superior en APRV Nivel de presión inferior en APRV SOLICITAMOS QUE AMBOS PUNTOS SEAN OPCIONALES, PARA DAR MAYOR PARTICIPACIÓN Y NO DIRIGIR A UN SOLO OFERENTE.	07-08-2019	07:08:17
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9		17-10-2019	15:42:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Función de desconexión para succión. Solicitamos a la convocante considerar como OPCIONAL éste requerimientos ya que existen diversas maniobras como las pausa espiratoria, ventilador en stand by, etc, para maniobras de aspiración o succión de secreciones del paciente, por lo cual este requerimiento no es una funcionalidad propia del ventilador ni altera funciones ventilarias.		07-08-2019	07:09:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9		17-10-2019	15:43:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Volumen minuto inspiratorio Volumen minuto espiratorio. SOLICITAMOS QUE ESTOS DOS PUNTOS SEAN DECLARADOS COMO OPCIONALES PARA DAR MAYOR PARTICIPACION Y NO LIMITAR A UNA SOLA MARCA		07-08-2019	07:11:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9		17-10-2019	15:43:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: UN DVI PARA SALIDA DE VIDEO DIGITAL. SOLICITAMOS DECLARARLO OPCIONAL PARA DAR MAYOR PARTICIPACION A OFERENTES, ESTA FUNCION NO MEJOR LAS PRESTACIONES DEL EQUIPO, SOLO LIMITA LA PARTICIPACION		07-08-2019	07:12:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9		17-10-2019	15:43:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Diferencia porcentual entre Volumen Tidal Inspiratorio y Espiratorio. Instamos a la convocante a que dicho requerimiento sea considerado "opcional" ya que el mismo no es parámetro ventilatorio significativo ya que todos los equipos del mercado poseen la lectura de VTE y VTI, éste tipo de requerimientos sólo limita la participación de marcas que poseen aun mejores rangos ventilatorios que los requeridos en el PBC.		07-08-2019	07:13:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9		17-10-2019	15:43:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Control de alarma RS232C. Entendemos que existió un error de por parte de la convocante, ya que el puerto RS232C es un puerto de comunicación y no requiere de "control de alarma"		07-08-2019	07:15:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9		17-10-2019	15:44:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Conexión externa VGA/USB. Instamos a la convocante que dicho requerimiento sea OPCIONAL ya que existen otros puertos de comunicación requeridos como RS232 y atendiendo a que el equipo requerido ya posee un monitor incorporada, creemos innecesario el requerimiento de un puerto VGA de salida.		07-08-2019	07:18:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9		17-10-2019	15:44:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Traducción de los Manuales de uso y de servicio técnico realizado por un Traductor Público Matriculado. Entendemos que el manual de usuario debe ser completamente en español pero solicitamos a la convocante que el manual de servicio técnico pueda ser entregado en otros idiomas como inglés.		07-08-2019	07:20:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO		02-09-2019	11:59:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Hemos verificado todas las especificaciones técnicas y vemos que es copia fiel de las especificaciones técnicas de equipo de Armstrong AquaNase por lo tanto es dirigido a una sola empresa e incluso más, también vimos que solicitan canula nasal Aquanase que es la marca que utiliza la compañía para distribuir sus circuitos. Solicitamos no restringir la participación de otras marcas que incluso cuentan con FDA, y al estar dirigida no pueden participar. En caso de mantenerse las especificaciones cerradas nos veremos en la necesidad y obligación de protestar contra el pliego e incluso presentar el caso a la opinión pública a través de los medios de comunicación. No queremos que se considere esto como una amenaza sino como una manera de cumplir con la Ley de Contrataciones Públicas en donde las licitaciones no sean dirigidas como claramente es el caso..	07-08-2019	07:20:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:44:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: a-Ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 150KHU, solicitamos amablemente reducir este requerimiento a 140KHU, pues existen en el mercado marcas con este especificación técnica que satisfarían plenamete los requerimientos de un equipo de este porte, y que redundaría en un costo menor, pues el requisito solicitado obligaría a cotizar un equipo de mayor costo, además con esto se permitiría una mayor cantidad de participantes. Por lo tanto sugerimos una redacción como sigue: Ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 140KHU.	07-08-2019	07:21:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE SE PODRAN COTIZAR EQUIPOS CON ABSORCION CALORICA DEL ANODO DE 100Khu o más.	17-10-2019	15:45:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan generador de alto flujo y Cpap funcional para general oxigenación de alto flujo. Creemos que lo más razonable es que los equipos sean netamente de alto flujo ya que los equipos con que se cuentan en las terapias intensivas (ventiladores) del MSPyBS, todos cuentan con la opción de Ventilacion no Invasiva (cpap), y esto lo único que hace es encarecer el equipo solicitado y dirigir a una única marca: Armstrong AquaNase.	07-08-2019	07:21:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE AL PBC	14-10-2019	08:43:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN Velocidad de flujo ajustable hasta 140 litros/minuto (CPAP), y alto flujo nasal hasta 70 litros/minuto. Solicitamos que los equipos puedan tener flujo hasta 60 litros ya que no se tiene literatura de utilizar hasta 70 litros, por lo que entendemos que esta especificación es al solo efecto de dirigir a una única marca: Armstrong AquaNase .	07-08-2019	07:21:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:48:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: b- Potencia de salida mínima 20kW o mejor, solicitamos amablemente a la convocante a reducir este requisito a 12kW considerando que los equipos con esta potencia de salida pueden satisfacer los requerimientos de las salas de terapia intensiva, y que un requerimiento mayor implicaría equipos mas grandes y con menor movilidad, además así se permitiría una mayor participación de oferentes. Por lo tanto sugerimos una redacción como sigue: Potnecia de salida mínima de 12kW o mejor.	07-08-2019	07:22:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	11:59:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN Velocidad de alto flujo ajustable para uso Perioperatorio hasta 80 litros/minuto Solicitamos que el flujo sea hasta 60 litros porque no se tiene literatura donde se utilice dicho caudal. Entendemos por lo tanto que esta especificación es a solo efecto de dirigir el llamado a una única marca: Armstrong AquaNase .	07-08-2019	07:22:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A ALA ADENDA 9	17-10-2019	15:49:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega de equipos a 120 días desde la recepción de la orden de compra, ya que resulta IMPOSIBLE realizar una importación de extra-zona en el plazo requerido.	07-08-2019	07:22:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	12:00:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde solicitan Permite CPAP de uso pediátrico y adulto. Aclaremos que todas las terapias cuentan con equipos ventiladores que realizan cpap por lo tanto solicitamos que sea opcional este punto, de manera a no direccionar el llamado a una única marca: Armstrong AquaNase .	07-08-2019	07:23:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA EL EL CPAP ES OPCIONAL	22-10-2019	08:04:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: Rango de mA: 32 a 200mA o mejor, solicitamos amablemente reducir el rango máximo a 150mA a fin de permitir una mayor participación de oferentes y considerando que con esta corriente se pueden satisfacer los requerimientos de una sala de terapia intensiva. Por lo tanto sugerimos una redacción como sigue: Rango de mA: 32 150mA o mejor.	07-08-2019	07:23:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENA 9	17-10-2019	15:50:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estan solicitando dos equipos que seria la base calentadora y el generador de alto flujo y al solicitar de esta forma los equipos son muy costosos para la convocante, por lo tanto solicitamos que sea un solo equipo que ya cuente con generador de aire para su mejor manejo ya que en algunos centros no cuenta con aire comprimido, y con esto dejar de dirigir a una sola marca: Armstrong AquaNase.	07-08-2019	07:23:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:50:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: Rango de mAs: 1 a 250mAs o mejor, solicitamos a la convocante reducir el rango máximo de mAs solicitado a fin de permitir una mayor participación de oferentes y considerando que con este producto corrienteXtiempo se pueden satisfacer los requerimientos de una sala de terapia intensiva. Por lo tanto sugerimos una redacción como sigue: Rango de mAs: de 1 a 200 mAs o mejor.	07-08-2019	07:24:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:51:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
No están solicitando las medidas para las cánulas que normalmente vienen hasta ciertos flujos favor aclarar que tipo de cánulas necesitarían..	07-08-2019	07:24:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:51:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
No están solicitando las medidas para las cánulas que normalmente vienen hasta ciertos flujos favor aclarar que tipo de cánulas necesitarían..	07-08-2019	07:25:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:52:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos saber si solicitan equipos de altos flujo o equipos de cpap burbuja, ya que dentro de las especificaciones técnicas solicitan cpap burbuja y no vemos que soliciten los burbujeadores para la utilización de cpap burbuja..	07-08-2019	07:27:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:52:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los 60 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compras por parte del proveedor. Solicitamos la ampliación del plazo de entrega a 120 días corridos, considerando que los equipos son fabricados de acuerdo a los requerimientos de esta licitación y considerando el proceso de importacion y tránsito que deben realizar, por ej. los equipos de rayos x que tienen fabricantes en Asia y que por el volumen y peso deben ser importados via marítima. Por lo tanto sugerimos una redacción como sigue: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los 120 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compras por parte del proveedor.	07-08-2019	07:27:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO	02-09-2019	12:01:16
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan generador de alto flujo y Cpap funcional para genera oxigenación de alto flujo Solicitamos que los equipos sean netamente de alto flujo ya que los equipos que cuentan en las terapias intensivas (ventiladores) del MSPyBS, todos cuentan con la opción de Ventilacion no Invasiva (cpap), y esto encarece lo solicitado por la convocante innecesariamente y dirige a una sola marca: Armstrong AquaNase	07-08-2019	07:27:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE SE SOLICITAN MAQUINAS DE ALTO FLUJO CON CPAP OPCIONAL	22-10-2019	08:01:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante realizar una verificación del precio referencial publicado, atendiendo a que el mismo Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social adquirió equipos de similares características en años anteriores por el valor de Gs. 360.000.000.- lo cual está muy por encima del límite legal del 20% del precio referencial para la adjudicación. instamos a la convocante a actualizar el precio referencial a los costos actuales del mercado	07-08-2019	07:27:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	14-10-2019	08:51:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Están solicitando dos equipos que seria la base calentadora y el generador de alto flujo y al solicitar de esta forma los equipos son muy costosos para la convocante, por lo tanto solicitamos que sea un solo equipo que ya cuente con generador de aire para su mejor manejo ya que en algunos centros no cuenta con aire comprimido..	07-08-2019	07:28:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 9	17-10-2019	15:55:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Están solicitando dos equipos que seria la base calentadora y el generador de alto flujo y al solicitar de esta forma los equipos son muy costosos para la convocante, por lo tanto solicitamos que sea un solo equipo que ya cuente con generador de aire para su mejor manejo ya que en algunos centros no cuenta con aire comprimido..	07-08-2019	07:29:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A AL ADENDA 9	17-10-2019	15:56:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cpap y alto flujo son dos tratamientos totalmente diferente por lo tanto no se puede utilizar el equipo al mismo tiempo o se utiliza Cpap (la institución cuenta en las terapias) o se utiliza el alto flujo para pacientes con insuficiencia respiratorias. Solicitamos que cpap sea opcional y no seguir dirigiendo el llamado a una sola marca: Armstrong AquaNase .	07-08-2019	07:30:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A AL ADENDA 9	17-10-2019	15:56:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 5 - VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de esta vigencia de contrato sera desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones. Consultamos si se podría definir una fecha y que figure dentro del contrato para el termino de las obligaciones en la vigencia del mismo.	26-08-2019	11:27:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	14-10-2019	08:53:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor indicar las cantidades a proveer de los extensores o prolongadores estériles a licitar.	26-08-2019	12:17:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	17-10-2019	15:57:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente a la convocante el pago del Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03 , ya que lo equipos solicitados tienen un alto costo, para que el proveedor pueda tener recursos para iniciar el proceso de importacion y otros gastos.	27-08-2019	15:49:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A AL ADENDA 9	17-10-2019	15:57:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El precio referencial del ítem 6 Bomba de Infusión a Jeringa es de Gs. 5.750.000.- Solicitamos considerar el aumento de un 100% de dicho valor, fijando el precio referencial a por lo menos Gs. 11.500.000.- a modo de adquirir equipos nuevos, con tecnologías modernas, vanguardistas y por ende; con prestaciones más elevadas.	29-08-2019	08:46:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	14-10-2019	08:55:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la descripción del ítem 6 sugerimos incluir lo siguiente: Modalidad TCI (Infusión Controlada por Objetivo) habilitada. Esto considerando que una de las aplicaciones principales de las bombas a jeringa es TIVA (Anestesia Total Intravenosa) con TCI; técnica muy utilizada actualmente por los Médicos Anestesiólogos, la cual facilita el proceso de inducción, mantenimiento y recuperación de la anestesia por medio del cálculo automático de dosis y monitoreo sencillo de la infusión de drogas anestésicas (Propofol y Remifentanilo).	29-08-2019	08:47:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	14-10-2019	08:55:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección VII. Documentos que componen la oferta, la convocante solicita la presentación de una CONSTANCIA de Autorización de importación y comercialización de los dispositivos médicos dentro del territorio nacional. sobre este punto consultamos: A qué documento se refiere?, cual es la institución que debe emitir dicha constancia? Ya que los únicos documentos que habilitan a un potencial oferente para importar y comercializar dispositivos médicos en el País son: 1. Resolución de Apertura Vigente para importar y comercializar dispositivos médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS. 2. Certificado y Listado en donde se certifica que los productos se encuentran habilitados para su importación y comercialización emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS.	29-08-2019	15:57:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	14-10-2019	08:55:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 5 - MONITOR MULTIPARAMETRICO En una parte de las especificaciones técnicas dice: Funciones de los módulos: ECG/Respiración, Presión no invasiva, Presión invasiva, Saturación de Oxígeno, Temperatura, Pulso. ¿Se podrán ofertar monitores modulares; con los parámetros ECG/Respiración, Presión no invasiva, Presión invasiva, Saturación de Oxígeno, Temperatura, Pulso; en un solo módulo?	29-08-2019	16:54:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ALCARA QUE ES MODULAR	17-10-2019	16:01:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 15 - CARRO DE PARO En una parte de las especificaciones técnicas dice: - Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Solicitamos permitan la cotización de: Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar mayor participación de oferentes.	29-08-2019	16:55:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A AL ADENDA 9	17-10-2019	16:02:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 7 – ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL En una parte de las especificaciones técnicas dice: - Frasco colector lavable y esterilizable (polisulfon o vidrio) de 3 litros. Solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas con: Frasco colector lavable y esterilizable (polisulfon o vidrio) de 2 litros o mayor.	29-08-2019	16:55:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A AL ADENDA 9	17-10-2019	16:02:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 7 – ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL En una parte de las especificaciones técnicas dice: - Con una autonomía de por lo menos 2 horas de uso. Solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas: con una autonomía de por lo menos 1 (una) hora de uso o mayor.	29-08-2019	16:55:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A AL ADENDA 9	17-10-2019	16:02:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 7 – ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL En una parte de las especificaciones técnicas dice: - Capacidad de succión aproximadamente de 40 a 60 litros / min.. Solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas con: Capacidad de succión aproximadamente de 35 a 60 litros / min..	29-08-2019	16:55:51

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR REMITIRSE A AL ADENDA 9	17-10-2019	16:03:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) CGC. CGC 15.1 dice: ANTICIPO: NO APLICA.- Respetuosamente solicitamos al convocante otorgar un Anticipo de por lo menos el 20% del total del monto adjudicado, solicitamos que el plazo de entrega de los equipos sea desde el cobro del mismo.-	29-08-2019	17:06:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTAR AL PBC	14-10-2019	08:59:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) CGC. CGC 27 dice: El valor de las multas será: 0,01% (cero comas cero un por ciento) por cada día de atraso... Solicitamos al convocante que el valor de la multa sea: 0,01% (cero comas cero un por ciento) por cada semana de atraso.-	29-08-2019	17:11:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE AL PBC	14-10-2019	08:59:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El precio referencial del ítem 6 Bomba de Infusión a Jeringa es de Gs. 5.750.000.- Solicitamos considerar un precio referencial de por lo menos Guaraníes trece millones (Gs. 13.000.000) a modo de adquirir equipos nuevos, con tecnologías modernas, vanguardistas y por ende; con prestaciones más elevadas. El valor sugerido es el precio promedio del mercado para equipos con las características solicitadas a diferencia del precio actualmente indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, con el que únicamente se pueden adquirir equipos usados.	18-10-2019	11:51:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	28-10-2019	08:54:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la descripción del ítem 6 sugerimos incluir lo siguiente: Modalidad TCI (Infusión Controlada por Objetivo) habilitada. Esto considerando que una de las aplicaciones principales de las bombas a jeringa es TIVA (Anestesia Total Intravenosa) con TCI; técnica muy utilizada actualmente por los Médicos Anestesiólogos, la que facilita el proceso de inducción, mantenimiento y recuperación de la anestesia por medio del cálculo automático de dosis y monitoreo sencillo de la infusión de drogas anestésicas (Propofol y remifentanilo).	18-10-2019	11:53:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	28-10-2019	08:54:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la descripción del ítem 6 sugerimos incluir lo siguiente: El equipo deberá poseer la capacidad de soportar librería de drogas de por lo menos 600 medicamentos con la configuración de valores límites de dosis específicos de acuerdo con el tipo de droga. Esta característica permite optimizar y disminuir errores en la configuración y dosificación de la terapia de infusión, cualidad importante para los equipos que funcionan en servicios donde se requiere una alta precisión como son los servicios de anestesia, pediatría, neonatología, etc.	18-10-2019	11:54:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	28-10-2019	08:56:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 50 sets que incluyen jeringas compatibles, líneas y extensión de línea Se consulta: Solicitamos aclarar si la cantidad requerida de 50 sets es por el total de los equipos o por cada equipo. Asimismo, solicitamos aclarar el tamaño de las jeringas a modo de igualar las condiciones de la oferta para todos los competidores y evitar ambigüedades. Sugerimos solicitar jeringas de 20ml.	18-10-2019	11:56:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE SOLICITAN 50 SETS POR EQUIPO, QUE INCLUYEN, JERINGAS COMPATIBLES, LINEA Y EXTENSION DE LINEA.	28-10-2019	08:57:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Instalación del equipo en la institución designada y capacitación, de uso de y de servicio técnico (Detección de fallas, testeo y calibración del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente Se consulta: Solicitamos aclarar la duración de la capacitación de uso y servicio técnico, a modo de igualar las condiciones de la oferta para todos los competidores y evitar ambigüedades. Sugerimos considerar 2 horas de entrenamiento para cada servicio donde se instalen los equipos.	18-10-2019	12:00:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE ACLARA QUE LA DURACION DE CAPACITACION SERA DE 2 HORAS COMO MINIMO.	28-10-2019	08:57:33

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Funciones de alarma informativa y de funciones de seguridad Sugerimos incluir los indicadores de alarmas más importantes, tales como: • Volumen total infundido. • Flujo bajo. • Monitor de presión con alarma para seguir de forma constante variaciones de presión. • Panel bloqueado. • Batería baja. • Jeringa casi vacía y vacía. • Presión de bombeo excesiva. • Infusión incompleta. • Oclusión parcial lado del fluido. • Error de jeringa. • Jeringa sin asegurar. • Alteración del flujo programado. Esto a modo que los equipos solicitados optimicen el flujo de trabajo de los usuarios, evitando fallas del equipo o errores en la infusión que podrían ser prevenidas con un sistema de alarmas con los indicadores mencionados.	18-10-2019	12:14:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	28-10-2019	08:58:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Batería recargable para operación autónoma durante 30 minutos o mayor Solicitamos modificar a: Batería recargable para operación autónoma de mínimo 3 horas. Esto a modo de garantizar el funcionamiento prolongado de los equipos y optimizar el flujo de trabajo de los usuarios evitando la necesidad de conectar los equipos a la red eléctrica la mayor parte del tiempo; o que las terapias de infusión se interrumpan por la pronta descarga de las baterías de los equipos.	18-10-2019	12:15:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	28-10-2019	08:58:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Sistema de fijación para rieles y portasueros Solicitamos modificar a: Equipos con un peso máximo de 2 Kg. con capacidad de apilamiento y sistema de fijación para rieles y portasueros. Esta característica garantizará la portabilidad de los equipos facilitando el traslado de los pacientes sin interrumpir la terapia de infusión.	18-10-2019	12:18:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	28-10-2019	08:58:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Fabricación modular acorde con las normas Intencionales de calidad. Se consulta: Solicitamos modificar a: Normas de calidad específicas: FDA de EEUU o CE Comunidad Europea o INVIMA de Colombia Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros que cuenten con ISO 13.485, considerando que estas son las normas internacionales más utilizadas para garantizar la calidad de los equipos de los diferentes fabricantes.	18-10-2019	14:18:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	28-10-2019	08:59:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Con capacidad de almacenamiento de eventos. Sugerimos respetuosamente que el monitor solicitado pueda almacenar tendencias hasta 240 horas, considerando los cambios de guardia que a veces se prolongan más de 24 horas.	18-10-2019	15:24:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC	28-10-2019	08:59:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Velocidad de barrido: Modo curvas para papel 25 y 50 mm/s y Modo curva fija 3.125, 6.25 y 12.5 mm/s Se podrán ofertar equipos velocidad de barrido en modo curvas para papel de 12,5 mm/s? Y modo de curva fija desde 6.25 hasta 50 mm/s?	18-10-2019	15:24:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajsutarse a la Adenda 9	28-10-2019	09:00:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Ancho de banda: Monitoreo 0.5 a 30 Hz y Diagnostico 0.05 a 60 Hz, se podrán ofertar equipos con ancho de banda: Monitorización normal: 0.67 Hz – 40 Hz Monitorización filtrada: 0.67 Hz – 20 Hz Monitorización extendida: 0.05 Hz – 100 Hz	18-10-2019	15:25:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:02:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

-Donde dice: Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas (al menos tres canales simultáneos). Sugerimos se solicite también mapeo del segmento ST ya que esto ayuda visualmente al personal de enfermería a comprobar la situación del paciente con una sola mirada.	18-10-2019	15:26:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:03:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde solicitan: Función o perfil de cálculos de ventilación o pulmonares y de oxigenación. Considerando que esta es una especificación obsoleta debido a que hoy en día estos cálculos los realiza el ventilador pulmonar, solicitamos que esta especificación sea considerada opcional.	18-10-2019	15:29:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:03:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Velocidad de barrido: 20 mm/s nominal, se podrán ofertar equipos con velocidad de barrido 25 mm/s + 10%?	18-10-2019	15:31:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:04:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Tiempo de visualización de onda: 5,2 s ±10%. Tiempo de visualización de onda: 6,5 s ±10%?	18-10-2019	15:31:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
se aclara que podría ofertarse de 5,2s o mas.	28-10-2019	09:04:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Fabricación modular acorde con las normas Intencionales de calidad. Se consulta: Solicitamos modificar a: Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o al menos una de ellas, considerando que estas son las normas internacionales más utilizadas para garantizar la calidad de los equipos de los diferentes fabricantes.	18-10-2019	15:37:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:06:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Sistema de seguridad eléctrica acorde a normas. ARRn y Protección radiológica acorde a normas. ARRn, hemos consultado con la entidad ARRn y ellos no expiden certificación a los fabricantes de equipos ni realizan regulación en cuanto a las prácticas de fabricación de equipos y dispositivos médicos enfocados a imágenes. Esta entidad lo que hace es reglamentar el uso, practicas y establecimientos respecto a la protección y seguridad de las fuentes de radiación ionizante, NO regula la normas y prácticas de fabricación de equipamientos, por lo que no expide certificados a los fabricantes. Por otro lado, vemos al final de las especificaciones de la adenda el párrafo que dice OBS: En cuanto a los Certificados de calidad ISO 9001, CE, Mercosur; y las normas Internacionales mencionadas, ISO, CE, UL, FDA, TUV se refiere a la buena practicas de manufactura del producto (por tratarse de equipos de terapia). Solicitamos a la convocante rever las normas y certificados que pide, ajustándose mínimamente a certificaciones FDA, CE y JIS de manufactura, así como la norma ISO13485 que trata de buenas prácticas de fabricación de equipos médicos. Especificando claramente las normas y no generalizar, así de esta manera las especificaciones se ajustarán a estándares internacionales de calidad y seguridad en fabricación de equipos médicos.	18-10-2019	15:59:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:11:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos nuevamente a la convocante rever y actualizar el precio referencial, pues en realidad en el ítem 14 se encuentran tres equipos y varios accesorios componen el precio. Básicamente piden un equipo analógico de rayos, mas una digitalizadora y una impresora; y le suman accesorios como chalecos y chasis de distintos tamaños. Por un lado, esto tiene un precio referencial que no se ajusta al mercado encontrándose muy por debajo de lo real, y especificaciones desactualizadas y poco específicas, incluso el nivel de exigencia de normas de calidad no esta definido, y no comprendemos porque no solicitan un equipo de rayos digital directo, que entendemos lo que busca el ministerio con estas especificaciones es hacer algo como un equipo de rayos digital. Lamentamos que las especificaciones salgan de esta manera ya que demuestran el desconocimiento técnico del tipo de tecnología existente además de una total ignorancia en los valores del mercado nacional y regional es evidente que no se realizó ningún estudio de Mercado poniendo en riesgo un llamado tan importante para el MSPYBS y sobre todo para los pacientes y profesionales ya que si un Radiólogo estuviera en conocimiento sabría lo que se requiere y los precios del equipamiento solicitado así como las prestaciones. Claramente este llamado de licitación corre riesgo de quedar desierto o que se adquieran equipos de baja calidad y no equipos robustos. Solicitamos que soliciten por separado la digitalizadora e impresora, y los accesorios, ya que el precio referencial se ajusto solo para la compra de un equipo analógico de rayos x muy básico, o que modifiquen por completo las especificaciones técnicas pidiendo un equipo digital ajustando el precio referencial.	18-10-2019	15:59:50
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11		28-10-2019	09:14:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Transductor convexo de 2-6 MHz de la frecuencia, Solicitamos muy amablemente a la convocante nos permita cotizar Transductor Convexo con Frecuencia de 2 a 5 MHz, para aplicaciones, Abdominal, FAST, Fetal Cardíaca, Sistema Musculo esquelético, Ginecología/Obstetricia, Renal, Tiroides y Vísceras de esta forma permitirá mayor cantidad de oferentes.		18-10-2019	16:01:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11		28-10-2019	09:14:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde solicitan Transductor convexo endocavitario 4-9 MHz de la Frecuencia y con un ángulo de 130" de visión mayor, Solicitamos a la convocante nos permita cotizar Transductor endocavitario con frecuencia de 8 – 4 MHz con capacidad de realizar estudios ginecológicos, Obstetricia y próstata, de manera a tener mayor cantidad de oferentes.		18-10-2019	16:01:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11		28-10-2019	09:17:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta: Viendo todas las especificaciones técnicas y vemos que es copia fiel de las especificaciones técnicas de equipo de Armstrong AquaNase por lo tanto es dirigido a una sola empresa también vimos que solicitan canula nasal Aquanase que es la marca que utiliza compañía para distribuir sus circuitos		18-10-2019	16:03:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11		28-10-2019	09:17:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan generador de alto flujo y Cpap funcional para general oxigenación de alto flujo Consulta: Solicitamos que los equipos sean netamente de alto flujo ya que los equipos que cuentan la terapia intensiva (ventiladores) del MSPyBS, todos cuentan con la opción de Ventilacion no Invasiva (cpap), y esto encarece lo solicitado por la convocante.		18-10-2019	16:04:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11		28-10-2019	09:18:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN Velocidad de flujo ajustable hasta 140 litros/minuto (CPAP), y alto flujo nasal hasta 70 litros/minuto. CONSULTA Solicitamos que los equipos puedan tener flujo hasta 60 litros ya que no se tiene literatura de utilizar hasta 70 litros o que el MSP demuestre alguna literatura donde alcance los 70 litros.		18-10-2019	16:05:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11		28-10-2019	09:22:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN Velocidad de alto flujo ajustable para uso Perioperatorio hasta 80 litros/minuto Consulta: solicitamos que el flujo sea hasta 60 litros porque no se tiene literatura donde se utilice dicho caudal. o que el MSP demuestre alguna literatura donde alcance los 70 litros.		18-10-2019	16:05:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11		28-10-2019	09:23:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde solicitan Permite CPAP de uso pediátrico y adulto. CONSULTA: todas las terapias cuentan con equipos ventiladores que realizan cpap por lo tanto solicitamos que sea opcional este punto. Consulta: Con esta especificaciones están solicitando dos equipos que sería la base calentadora y el generador de alto flujo y al solicitar de esta forma los equipos son muy costosos para la convocante, por lo tanto solicitamos que sea un solo equipo que ya cuente con generador de aire para su mejor manejo ya que en algunos centros no cuenta con aire comprimido. Consulta: Cpap y alto flujo son dos tratamientos totalmente diferente por lo tanto no se puede utilizar el equipo al mismo tiempo o se utiliza Cpap(la institución cuenta en las terapias) o se utiliza el alto flujo para pacientes con insuficiencia respiratorias.		18-10-2019	16:06:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11		28-10-2019	09:24:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde solicitan materia interna con duración de 60 minutos, solicitamos que sea opcional este ítem ya que va dirigida al equipo armstrong Consulta: Al solicitar Casco tipo Helmet cuanto casco debe de acompañar al equipo	18-10-2019	16:07:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:24:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: equipo descartable para maquinas de alto flujo, kit circuito de alto flujo con canula nasal aquanase, Consulta: Cuantos kit descartable solitan para su utilización	18-10-2019	16:07:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los accesorios Requeridos son para cada equipo.	28-10-2019	09:28:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Kit para Cpap(con mascarillas adaptables) Consulta: cuantas mascara cpap y de que tamaño solicitan?	18-10-2019	16:08:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:28:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN; VENTILACION NO INVASIVA EN TODOS LOS TIPOS VENTILATORIOS. AL RESPECTO, ES IMPOSIBLE CUMPLIR CON ESTA ESPECIFICACION SI CONSIDERAMOS TODOS LOS TIPOS VENTILATORIOS, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE APLIQUE A LOS TIPOS VENTILATORIOS MAS UTILIZADOS DE MANERA A DAR CUMPLIMIENTO Y PARTICIPACIÓN O DIRECTAMENTE DECLARARLO COMO OPCIONAL DE QUE SEA EN TODOS LOS TIPOS. PERO SIN DEJAR DE EXIGIR LA MODALIDAD DE VNI (VENTILACION NO INVASIVA)	18-10-2019	16:42:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
se aclara que el VNI es una modalidad ventilatoria que deben tener cada equipo.	28-10-2019	09:29:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN; VENTILACION DE RESPALDO EN TODOS LOS TIPOS VENTILATORIOS, AL RESPECTO SOLICITAMOS SE INDIQUEN CUALES Y QUE SEAN LAS MAS IMPORTANTES DE MANERA A DAR MAYOR PARTICIPACIÓN Y NO LIMITAR A SOLO UNA MARCA. O DIRECTAMENTE LO DECLAREN COMO OPCIONAL QUE TODOS LOS TIPOS DE VENTILATORIOS, SIN DEJAR DE EXIGIR QUE CUENTA CON VENTILACIÓN DE BACKUP.	18-10-2019	16:44:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:30:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: UMBRAL ESPIRATORIO AJUSTABLE: PARA EL MANUAL DE 5 - 55%, SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON AJUSTABLE MANUAL DE 5 - 50% PARA DAR MAYOR PARTICIPACIÓN	18-10-2019	16:45:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:31:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: SENSIBILIDAD DE DISPARO (TRIGGER) PRESION: DE 0 A -5cmH2O. AL RESPECTO, NO COMPRENDEMOS EL VALOR DE CERO A MENOS CINCO, COMO SE INDICA, ESTIMAMOS QUE EXISTE UN ERRO Y EN TODO CASO SE QUISO INDICAR DE 0 A 5 cmH2O. SOLICITAMOS VERIFICAR O CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE COTIZAR EQUIPOS CON PRESIÓN DE 0 A 5cmH2O	18-10-2019	16:48:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
se aclara que es de 0 A - 5cmH2O (no es menos 5)	28-10-2019	09:32:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN EN ALARMA: TIEMPO INSPIRATORIO LARGO, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA CONSIDERADO OPCIONAL, YA QUE SOLO ES POSIBLE CUMPLIR CON LA MARCA DRAGER LIMITANDO LA PARTICIPACIÓN DE OFERENTES IMPORTANTES.	18-10-2019	16:49:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
se aclara que para el punto TIEMPO INSPIRATORIO LARGO y CORTO ES OPCIONAL.	28-10-2019	09:33:13
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: POSICIÓN DE FOWLER O ESPALDA DE 60° O MAYOR, RECOMENDAMOS SOLICITAR CON POSICION DE FOWLER COMO MÍNIMO DE 75° PARA UN MEJOR TRATAMIENTO EN LAS TERAPIAS RESPIRATORIAS Y MAYOR CONFORT DEL PACIENTE.	18-10-2019	16:55:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:33:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN LAMPARA FOTOTERAPIA DEL TIPO LEDS ES IMPORTANTE ADEMÁS SOLICITAR LA CANTIDAD DE LEDS PARA ASEGURAR UN BUEN TRATAMIENTO. RECOMENDAMOS QUE EL EQUIPO CUENTE CON 10 LEDS DE POTENCIA COMO MÍNIMO.	18-10-2019	16:59:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:34:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: LECHO: TAMAÑO MINIMO REQUERIDO PARA EL LECHO ES DE 80 X 57CM. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE NO LIMITAR LA PARTICIPACION DE OFERENTES SOLICITANDO UNA MEDIDA DE COMO MINIMO 80 X 57CM, QUE SOLO LO CUMPLE UNA MARCA Y UN MODELO, SIN NECESIDAD YA QUE ES HASTA CONTRAPRODUCENTE TENER UN EQUIPO DE ESAS DIMENSIONES EN UNA TERAPIA. NO SIGAN ORIENTANDO EL LLAMADO. SOLICITAMOS PERMITAN PARTICIPAR A OTRAS MARCAS CON LECHO DE MEDIDAS DE COMO MINIMO 60 X40 CM MÁS QUE SUFICIENTE, INCLUSO UTILIZADO PARA GEMELOS.	18-10-2019	17:12:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:35:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: TERMOMETRO DIGITAL DE 3 DIGITOS COMO MINIMO. RANGO DE 15 A 50° C COMO MINIMO. SOLICITAMOS PERMITAN COTIZA EQUIPOS CON RANGO DE 15 A 45° QUE NO HACE NINGUNA DIFERENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI EN LAS PRESTACIONES DEL MISMO, SOLO LIMITA LA PARTICIPACION Y DIRIGE A UNA MARCA EN PARTICULAR	18-10-2019	17:20:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:36:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 1 En el punto donde dice El año de fabricación de los equipos médicos ofertados no deberá ser superior a 2 años Se da a entender que la convocante da posibilidades de participación a equipos remanufacturados o que ya fueron utilizados al considerar 2 años de fabricación como máximo. Solicitamos que la convocante pueda cambiar este punto del PBC a El año de fabricación de los equipos médicos ofertados no deberá ser superior a 1 año en manera de asegurar que los equipos sean nuevos.	20-10-2019	11:55:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:36:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA 2 Consulta En el punto donde dice La adecuación de las instalaciones eléctricas y/o edilicias corren por cuenta del oferente, serán necesarias para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Se pide amablemente a la convocante eliminar este punto, puesto a que no es responsabilidad del oferente realizar adecuaciones edilicias y/o eléctricas con el fin de instalar los equipos. Estas condiciones las debería de ofrecer el MSP-BS a los pacientes. Además, los precios referenciales de los equipos son muy bajos como para que el oferente tenga posibilidades de realizar adecuaciones edilicias o eléctricas a las dependencias del MSP-BS más aun sin saber a qué hospitales están destinados los equipos.	20-10-2019	11:57:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La adecuación de las instalaciones eléctricas (se refiere a cambio de toma corriente si corresponde) y/o edilicias corren por cuenta del oferente, serán necesarias para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos.	28-10-2019	09:37:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA 3 Consulta En el punto donde dice Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución designada por el MSPYBS. Se pide amablemente a la convocante que este punto sea cambiado a Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier fallo por defecto de fabricación incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución designada por el MSPYBS.	20-10-2019	11:58:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
: se aclara que la garantía es por defectos de fábrica	28-10-2019	09:37:47

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA 1 Consulta Donde dice Umbral espiratorio ajustable: Automático – Manual de 5-55% Solicitamos que: La Convocante elimine este punto o lo ponga como opcional ya que el mismo corresponde a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto no permitiendo la participación de otros oferentes.	20-10-2019	11:59:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
es opcional. AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:38:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA 2 Consulta Donde dice Volumen Tidal: Pediátrico/Neo: 20 ml o menos hasta 250 ml o mayor Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Volumen Tidal: Pediátrico/Neo: 2 ml o menos hasta 250 ml o mayor El volumen Tidal mínimo solicitado (20 ml) no contempla a pacientes neonatales, incumpliendo con lo solicitado en la descripción general del equipo, si bien introdujeron el término o menos permitiendo la participación de marcas con mejores prestaciones en este punto, existe la posibilidad de que sea adjudicado un equipo que solo pueda ventilar con un Volumen Tidal de 20 ml alegando ser para pacientes neonatales pero en la práctica esto no será posible. Solicitamos la modificación de este punto de modo a resguardar a los pacientes para los cuales este equipo será utilizado.	20-10-2019	12:01:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:39:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA 3 Consulta Donde dice Flujo: Pediátrico/Neo: 1 hasta 100 L/min – Adulto: 1 hasta 180 L/min Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Flujo: Pediátrico/Neo: 2 L/min o menor hasta 30 L/min o mayor – Adulto: 2 o menor hasta 120 L/min o mayor Consideramos que el flujo solicitado para pacientes neonatales y pediátricos es sumamente excesivo como también para pacientes Adultos, un flujo muy grande en pacientes neonatales podría causar lesiones pulmonares o barotraumas, al modificar a lo expuesto permite la participación de oferentes de equipos que cumplen con la condición de Alta Complejidad y al agregar el término o menor y o mayor no se limita a un solo equipo. Lo solicitado en este punto corresponde a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto no permitiendo la participación de otros oferentes.	20-10-2019	12:02:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
que el flujo máximo de 100 no es limitante, puede presentarse equipos con flujos menores.	28-10-2019	09:39:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA 4 Consulta Donde dice Sensibilidad de disparo (trigger): Presión: de 0 a -5 cmH20 – Flujo: De 0.1 a 2.0 L/min Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Sensibilidad de disparo (trigger) por Presión, por Flujo o ambos El trigger por presión es considerado ineficiente y lento. El trigger por flujo es la opción más rápida para sincronizar al paciente con la ventilación mecánica, por lo que varias marcas de renombre han dejado de utilizar el trigger por presión y solo utilizan el trigger por flujo. Con la modificación sugerida y sin los rangos de configuración, se permitirá la participación a todas las marcas sin limitar a ninguna. Lo solicitado en este punto corresponde a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto no permitiendo la participación de otros oferentes.	20-10-2019	12:03:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:42:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA 5 Consulta Donde dice Batería interna recargable con autonomía de 1 (una) hora como mínimo Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Batería interna recargable con autonomía de 30 minutos o mayor. Lo solicitado en este punto junto con las demás especificaciones corresponden a una característica propia del Ventilador Newport e360 y solamente esta marca podría cumplir con este punto. La modificación de este punto permitirá la participación a un mayor número de oferentes.	20-10-2019	12:04:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:44:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Consulta En la sección Alarmas Automáticas, donde dice Tiempo inspiratorio corto, Tiempo inspiratorio largo y Volumen objetivo no alcanzado Solicitamos que: La Convocante elimine estos puntos o los modifique a OPCIONAL. Las alarmas solicitadas en este punto corresponden a parámetros propios del Ventilador Newport e360 por lo que solamente esta marca podría cumplir con estos puntos. Al modificarlos a OPCIONAL permitirá la participación de un mayor número de oferentes.	20-10-2019	12:05:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:45:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA Consulta En la sección Valores mostrados en pantalla, donde dice PEEP, PEEP Total Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por PEEP, PEEP Total o intrínseca. Existen equipos que consideran a la PEEP como PEEP total por lo que solicitar ambas sería redundante. El valor de PEEP que realmente es necesario mostrar al momento de la ventilación es la PEEP intrínseca o PEEPi, esto lo cumplen todos los ventiladores con tecnologías actuales, por lo que consideramos que es una modificación válida. Lo solicitado en este punto corresponde a parámetros propios del Ventilador Newport e360 por lo que solamente esta marca podría cumplir con este punto.	20-10-2019	12:06:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:47:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Consulta En la sección Valores mostrados en pantalla, donde dice Complacencia: dinámica efectiva, estática Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Complacencia: dinámica o estática. Ya que para la medición de la compliance dinámica se incluye la compliance estática, no es necesaria la medición de ambos conceptos, esto no implica un aporte a la ventilación y solo es posible para ventiladores antiguos con sensores de presión mecánicos y no de flujo electrónico. La complienciencia estática debe medirse con un procedimiento especial (Pausa inspiratoria). Que el ventilador la mida constantemente no da seguridad que ese valor represente el estado actual del paciente. Lo solicitado en este punto corresponde a parámetros propios del Ventilador Newport e360 por lo que solamente esta marca podría cumplir con este punto.	20-10-2019	12:07:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ajustarse a la adenda 11, se aclara que en la adenda se solicita dinámica o estática	28-10-2019	09:48:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice Trabajo respiratorio WOB Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Trabajo respiratorio WOB o Porcentaje de VM espontaneo El VM espontaneo se traduce en el trabajo respiratorio (%) que realizar el paciente de forma espontánea. Con esta modificación se permite la participación de más oferentes que cuentan con mejores tecnologías y prestaciones que las solicitadas en este pliego.	20-10-2019	12:08:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ajustarse a la adenda 11	28-10-2019	09:48:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Consulta Donde dice 1 (UNO) Calentador con cámara de humidificación tamaño adulto/pediátrico. El equipo deberá contar con compresor o turbina incorporada Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por 1 (UNO) Calentador con cámara de humidificación tamaño adulto/pediátrico. El equipo podrá contar con compresor o turbina incorporada en caso que el equipo lo requiera Actualmente el Ministerio de Salud cuenta con ventiladores pulmonares con tecnología de punta los cuales no requieren compresor o turbina. Al solicitar que el equipo deba contar con esta característica no hace más que limitar la participación de oferentes y en algunos casos encarecer de sobremanera la oferta por lo que entendemos es un despropósito la solicitud de compresores o turbinas.	20-10-2019	12:08:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
se aclara que se solicita un calentador con cámara de humidificación tamaño adulto pediátrico	28-10-2019	09:49:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice Certificación: Certificados de calidad ISO 9001, CE, Mercosur Solicitamos que: La Convocante modifique este punto por Certificación: Certificados de calidad ISO 9001, ISO13485, CE, Mercosur por lo menos dos de ellas. Al solicitar certificados Mercosur, excluyen completamente a equipos con certificaciones Europeas o de Estados Unidos. Entendemos que al solicitar Ventiladores de Alta Complejidad, se refieren a equipos con tecnologías de punta que cuenten con los más altos estándares de calidad tanto de Europa o de Estados Unidos, pero entre las certificaciones que solicitan excluyen a la más importante para dispositivos médicos que es la ISO 13485. La no modificación de este punto permitiría la participación de equipos de dudosa calidad y funcionalidad.	20-10-2019	12:09:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:49:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Solicitamos a la Convocante que vuelva a considerar el precio referencial para este ítem. El mismo no se ajusta a los precios actuales del mercado para un Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad para tratar pacientes Adultos, Pediátricos y Neonatales. La misma convocante ya adquirió equipos similares en licitaciones anteriores, como ejemplo la LPN 89/14 en la cual el monto adjudicado fue similar al monto referencial actual, pero se debe tener en cuenta que entre una licitación y otra ya han pasado 5 años y también tener en cuenta la variación del cambio de moneda. Instamos a que la convocante pueda subir el monto referencial a por lo menos 25 o 35 % de modo a que empresas con marcas de renombre puedan presentar una oferta.	20-10-2019	12:09:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:50:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta Insistimos a la Convocante que re-direccione las especificaciones solicitadas para este ítem, las mismas no se ajustan a los solicitado Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad y las mismas direccionan a una sola marca y modelo que es Newport e360, la cual bajo ningún criterio, puede considerarse un equipo de Alta Complejidad. Si bien podemos decir que en varios puntos de estas EETT existen equipos que los cumplen, la totalidad de ellas solo podrá cumplirlo el equipo mencionado. El Ministerio ya tiene experiencia con equipos de esta marca y modelo, y está más que demostrado que no cumplen con los parámetros ni tecnología necesaria para cubrir las necesidades de los hospitales ni de los pacientes. Así también, el Ministerio ya adquirió equipos que realmente corresponden a la categorización de Alta Complejidad por lo que bien puede comparar experiencias con estos equipos y optar por la mejor. Instamos a que la Convocante pueda rever el sentido de lo solicitado en esta licitación de manera a permitir una correcta competencia entre equipos de Alta Gama, evitando de esta manera protestas ante el pliego o la adjudicación, lo cual postergaría los tiempos de adquisición de estos equipos.	20-10-2019	12:10:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:52:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta En el punto Permeable a rayos x con posiciones Trendelenburg y bara Fowler. EL MOVIMIENTO DEBE SER ELÉCTRICO Y CON RANGO DE TRENDELEBURG +/-15° Solicitud: Se pide a la convocante (y una vez más) que consideren equipos con movimientos de Trendelenburg manual. El hecho de pedir movimiento eléctrico conlleva a que el costo de adquisición del equipo sea mayor, así como también el costo de mantenimiento preventivo y/o correctivo también es mayor. Diversos fabricantes de equipamientos médicos tienen la filosofía de no utilizar movimientos eléctricos para Trendelenburg ya que con el correr del tiempo las partes internas de los motores eléctricos se desgastan y deben ser reemplazados, por tanto, se generan más gastos de mantenimiento que con un equipo con movimientos manuales. Además, ante una imperfección del motor, puede causar ruidos que generan estrés en el neonato y esto conlleva a problemas neurológicos en el paciente. El hecho de tener movimientos eléctricos no significa que la servocuna sea mejor que una con movimientos mecánicos para Trendelenburg, sino que solo implica un costo mayor y durante la vida útil del equipo, se puede considerar que el movimiento mecánico es más durable que el de un motor eléctrico aún en el mantenimiento mismo.	20-10-2019	12:12:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:52:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta En el punto Termostato adicional de seguridad para el caso de fallos en el sensor de temperatura de aire Se pide a la convocante (una vez más) que considere las nuevas tecnologías de seguridad para el caso de averías del sensor de temperatura de aire. Los nuevos sistemas no cuentan con termostato, sino que con un microprocesador que comanda una placa electrónica dependiente que ante una falla en el sensor de aire, el mismo sistema se encarga de asegurar que el paciente no sufra daños o complicaciones si existiera un problema con el sensor o con cualquier parte del equipo, por lo tanto, se pide considerar el punto como sigue: Sistema de seguridad adicional para el caso de fallos en el sensor de temperatura de aire	20-10-2019	12:12:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:53:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta En el punto Unidad calefactora radiante con termostato de seguridad. Las nuevas servocunas poseen un sistema electrónico realimentado, dedicado a dar seguridad al paciente ante un posible sobrecalentamiento o fallo en la unidad calefactora. Se pide a la convocante que considere a equipos con mejores tecnologías que el solicitado.	20-10-2019	12:13:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:55:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta En el punto Tres tomas auxiliares parte posterior de la estructura p/ conexión equipos adicionales Se pide a la convocante que considere el caso de que la tendencia es no colocar regletas auxiliares ya que existe la posibilidad de sobrecargar el equipo, provocando un fallo grave, y, como son pacientes recién nacidos esto conlleva a un problema mayor siendo que el tiempo de respuesta ante un fallo del equipo debe ser el menor posible. Por tanto, se pide respetuosamente eliminar este punto. Todos los equipos adicionales que vienen por una servocuna (balanza, fototerapia, etc) vienen interconectados por el equipo con un sistema de seguridad eléctrico de protección ante sobrecargas en la línea. Por eso es que ya no se colocan regletas por estos equipos	20-10-2019	12:14:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTASE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:55:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Consideración: Se puede observar que en ninguna parte de las especificaciones técnicas se pide balanza o báscula incorporada a la servocuna. ¿Por qué? Siendo que el nuevo protocolo ILCOR determina que deben tener balanzas integradas (entre otros) para evitar estrés térmico y estrés por movimiento del paciente al momento de realizar la medición de peso del neonato. Se pide considerar este punto de suma importancia.	20-10-2019	12:15:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
se aclara que podrá presentar ofertas con balanzas incorporadas.	28-10-2019	09:57:27

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta En el punto Capacidad de entrada entre 15 y 16 L/min. Se pide aclarar si esto corresponde a la entrada de oxígeno para poder realizar la regulación de FiO2 dentro del habitáculo o se refiere a la entrada de aire de la sala.	20-10-2019	12:16:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:58:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta En el punto Base radiotransparente para el colchón (opcional) Se pide a la convocante que este punto NO SEA OPCIONAL sino que sea obligatorio en las especificaciones de este equipo, de lo contrario ¿Cómo se realizarán las radiografías en el neonato dentro del habitáculo? Siendo que si la base no es radiotransparente, entonces se deberá desplazar al neonato hasta otra superficie para la toma de rayos, generando estrés por pérdida de temperatura, complicaciones para extracción de tubuladuras (en caso de intubación) entre otros. Favor no considerar opcional este punto.	20-10-2019	12:17:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:58:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta En el punto Lecho: Tamaño mínimo requerido para el lecho es de 80 x 57 cm. Colchoneta de material lavable e inocuo para el neonato Favor no limitar la participación de oferentes de equipos de excelente calidad en este punto. Se pide amablemente poder cambiar las dimensiones y dejar este punto como sigue: Lecho: Tamaño mínimo requerido es de 80 cm x 40 cm o mayor. Colchoneta de material lavable e inocuo para el neonato	20-10-2019	12:17:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:59:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta En el punto Termostato adicional de seguridad para el caso de avería del control de temperatura del aire Se pide amablemente a la convocante considerar que este punto hace referencia a sistemas antiguos de seguridad para incubadoras. Los nuevos sistemas microprocesados tienen una medida distinta de asegurar la salud del RN, los cuales utilizan un control realimentado para medir los parámetros de temperatura del calentador, por tanto, se pide cambiar este punto a Sistema de seguridad adicional para el caso de avería del control de temperatura del habitáculo	20-10-2019	12:18:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	09:59:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice Construcción compacta con sistema modular para la determinación de los signos vitales acorde a normas internacionales Solicitamos que: Insistimos a La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Construcción compacta con sistema modular o preconfigurada para la determinación de los signos vitales acorde a normas internacionales Al solicitar únicamente sistema modular no permite la participación de oferentes con marcas que también cuentan con normas internacionales como FDA o TUV. La no modificación de este punto no hace más que limitar la cantidad de oferentes para este ítem.	20-10-2019	12:19:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	10:00:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice ECG, que permita el despliegue de al menos dos curvas a elegir de 12 derivaciones Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por ECG, que permita el despliegue de al menos dos curvas a elegir de por lo menos 7 derivaciones Lo solicitado en este punto comprende a un equipo de Alta complejidad, los cuales poseen muchas mejores prestaciones que lo solicitado para este ítem, pero así también son muchos más costosos, sin embargo el precio referencial fijado por la convocante apenas se ajusta a un equipo de mediana complejidad. Solicitamos la modificación de este punto de modo a dar más participación a oferentes los cuales este punto sería la única limitante, la modificación recomendada permitiría la participación de ofertas que cuentan con 7 hasta 12 derivadas, incluyendo de esta manera a todas las marcas de equipos.	20-10-2019	12:20:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	10:00:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta Donde dice Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Función de despliegue simultáneo de por lo menos 7 derivaciones Lo solicitado en este punto comprende a un equipo de Alta complejidad, los cuales poseen muchas mejores prestaciones que lo solicitado para este ítem, pero así también son muchos más costosos, sin embargo el precio referencial fijado por la convocante apenas se ajusta a un equipo de mediana complejidad. Podemos también asumir que el resto de las especificaciones aplica a un equipo de mediana complejidad, ya que entre los accesorios solicitados no se encuentran cables de ECG de 5 o más puntas, los cuales servirían para lograr 12 derivaciones en ECG. Solicitamos la modificación de este punto de modo a dar más participación a oferentes los cuales este punto sería la única limitante, la modificación recomendada permitiría la participación de oferentes que cuentan con 7 hasta 12 derivadas, incluyendo de esta manera a todas las marcas de equipos.	20-10-2019	12:21:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	10:01:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice Tiempo de inflado aproximadamente 5 segundos Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por OPCIONAL. Cada marca tiene su propio tiempo de insuflado, y esto a su vez depende del tipo de paciente y de las perturbaciones que pudieran haber. Solicitamos su modificación con el fin de permitir la participación de más oferentes de equipos.	20-10-2019	12:21:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
se aclara que se podrá ofertar equipos de función de despliegue menor a 12, ya que las especificaciones mencionan hasta 12 y además se solicitan accesorios de cables de 3 latiguillos como mínimo. Por tanto pueden ofertarse cables de electrocardiograma de mas latiguillos.	28-10-2019	10:02:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice Función de STAT o punción venosa Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por OPCIONAL. Este punto no implica una mejora clínica por lo que solicitamos su modificación con el fin de permitir la participación de más oferentes de equipos.	20-10-2019	12:22:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	10:03:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución Solicitamos que: La Convocante considere cambiar el punto destacado anteriormente por Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla atribuibles a problemas de fábrica, no así a problemas o daños ocasionados por el usuario o por las instalaciones del hospital, incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución Al solicitar ante cualquier falla la convocante podría solicitar garantía del equipo aun en caso de mal uso del equipo, problemas de las instalaciones del hospital o cualquier otro que no pudiera tener relación con problemas de fábrica del equipo. Los oferentes no pueden hacerse cargo de esto ya que esto es responsabilidad de cada hospital donde serán entregados los equipos.	20-10-2019	12:23:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
se refiere a garantía de fallos de fábrica.	28-10-2019	10:03:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Insistimos a la Convocante considere aumentar el precio referencial establecido a al menos Gs. 380.000.000. Teniendo en cuenta la complejidad del equipo solicitado, los accesorios y consumibles; el precio referencial estimado es demasiado bajo. Tomando como referencia los equipos adquiridos por la Convocante en la Licitación 282851 - ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA DE LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES, el monto de los Ventiladores de Alta Frecuencia adquiridas por la institución fue de Gs. 360.000.000, siendo estos equipos de la misma complejidad que las solicitadas en esta licitación. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre esa licitación y ésta creemos que el monto referencial solicitado no se ajusta a los costos actuales. En esta misma licitación, el monto referencial para el ítem 1 Ventilador de Alta Complejidad, es mayor que para este ítem, sabiendo que un ventilador de Alta Frecuencia es mucho más complejo y costoso. Consideramos que establecer un precio referencial tan bajo imposibilitaría la participación de oferentes que cuentan con las representaciones de marcas ya adquiridas por la institución y que ya han demostrado su calidad y durabilidad.	20-10-2019	12:24:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	10:04:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante definir las normas que serán tenidas en cuenta con respecto a las condiciones de seguridad eléctrica del equipo.	20-10-2019	22:13:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	10:04:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita a la convocante eliminar el requisito de barrido anular. Dicho pedido obedece a que dicha tecnología de barrido se encuentra prácticamente en desuso en la actualidad, reemplazado por las tecnologías de barrido lineal y curvas.	20-10-2019	22:14:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	10:05:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante modificar dicha especificación a Tecnología con Cálculos mediante Microprocesadores o Microcontroladores o similar. El pedido se fundamenta a que la selección del hardware para el procesamiento de los cálculos del equipo es una característica muy propia de cada fabricante.	20-10-2019	22:14:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	10:06:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que el equipo solicitado correspondería a un equipo de ecografía portátil, el display del mismo para la mayoría de los oferentes no superaría las 16.5, por lo que se solicita amablemente a la convocante eliminar el requerimiento del Modo de Operación 4B. Dicho modo de operación en una pantalla de tamaño pequeño solo dificultaría la visualización de la imagen, no permitiendo en algunos casos una buena inspección de diversas estructuras del cuerpo.	20-10-2019	22:14:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	10:06:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante modificar el requerimiento a Posibilidad de Exportación de Reportes. El pedido obedece a que muchos fabricantes exportan sus reportes en diversos formatos propietarios con características propias para su posterior impresión.	20-10-2019	22:14:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	10:06:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La característica de optimización automática de profundidad es una característica ligada a equipos de más alta gamma y solo a algunos fabricantes, por lo que se solicita amablemente a la convocante eliminar dicho requerimiento, lo cual permitiría por un lado una mayor participación de oferentes así como mantener el precio referencial del equipo.	20-10-2019	22:15:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENEDA 11	28-10-2019	10:08:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante modificar el presente punto a Transductores Convexos para Exámenes Abdominales y Gineco-Obstétricos, debido a que los transductores lineales son utilizados para estructuras superficiales (mama, testicular, MSK, entre otros).	20-10-2019	22:15:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENEDA 11	28-10-2019	10:08:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante permitir transductores convexos con frecuencia de 2-5 MHz o mejor. El pedido obedece que usualmente para equipos de esta gamma el transductor convexo se encuentra con un rango de funcionamiento entre dichas frecuencias, siendo dicho ancho de banda más que suficiente para la realización de todo tipo de estudios Abdominales y de GyO. Posibilitando de igual manera una mayor participación de oferentes.	20-10-2019	22:15:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	10:08:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante modificar el punto a Colimador Luminoso Multiplano con Control Manual o con Temporización Electrónica. El pedido obedece a que al Tratarse de un Equipo de Rx Analógico y Portátil, usualmente el control del colimador luminoso se realiza mediante perilla en la mayoría de los fabricantes, por lo que la inclusión de dicha opción permitiría una mayor participación de oferentes.	20-10-2019	22:16:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	10:09:10

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 14 – Equipo de Rayos X Portátil – Angulo de Rotación del Tubo en Eje Frontal. Se solicita amablemente a la convocante modificar el ángulo de rotación del Tubo en Eje Frontal de más 100° o mayor / menos 35° o menor. Dicha modificación posibilitaría la competencia de una mayor cantidad de oferentes, debido que los ángulos de rotación del tubo son características muy propias de cada fabricante, por lo que acotar dichos valores restringe en una gran medida la participación de diversos competidores.	20-10-2019	22:16:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	10:10:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante eliminar el presente punto. Los materiales utilizados en las estructuras de los equipos son propios de cada fabricante.	20-10-2019	22:17:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	10:11:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante requerir modificar el punto a KV y mAs conjugados en intervalos pequeños. El pedido obedece a que, usualmente en el seteo de los parámetros para una toma de imagen son los parámetros de kV y mAs los que son debidamente configurados, por lo que se solicita que sean dichos parámetros los considerados en el presente punto.	20-10-2019	22:17:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	10:14:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante definir si lo solicitado en los puntos donde se menciona chasis para impresión seca se refiere a película de impresión radiográfica.	20-10-2019	22:18:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	10:14:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante modificar el ángulo de rotación del Tubo en Eje Frontal de más 100° o mayor / menos 35° o menor. Dicha modificación posibilitaría la competencia de una mayor cantidad de oferentes, debido que los ángulos de rotación del tubo son características muy propias de cada fabricante, por lo que acotar dichos valores restringe en una gran medida la participación de diversos competidores.	21-10-2019	06:36:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ADENDA 11	28-10-2019	10:14:39

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DEZETA S.A - RUC: 80019208-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508005065	Póliza	El Sol Seguro	31-10-2019	05-11-2019	03-05-2020
Oferente: CASA BOLLER S.A. - RUC: 80001556-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 10
1508011428	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A CIA. DE SEGUROS GENERALES	01-11-2019	04-11-2019	04-05-2020

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: Consorcio Sumi - RUC: DNCP-001065			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 11
2-1508-5445-000	Póliza	LA RURAL	04-11-2019	04-11-2019	02-04-2020
Empresas del Consorcio					
RUC		Razón Social			
80068800-7		SUMI SOCIEDAD ANONIMA			
990840-4		SUMI SCIENTIFIC			
Oferente: EUROQUIMICA S.A. - RUC: 80061211-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 12
1508002237	Póliza	ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	01-11-2019	05-11-2019	03-05-2020
Empresas del Consorcio					
RUC		Razón Social			
DNCP-001057		Consorcio Soluciones Hospitalares			
Oferente: Consorcio Soluciones Hospitalares - RUC: DNCP-001057			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 13
25.1508.004177/0000	Póliza	Seguridad S.A. Compañía de Seguros	30-10-2019	04-11-2019	12-04-2020
Empresas del Consorcio					
RUC		Razón Social			
DNCP-001057		Consorcio Soluciones Hospitalares			
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 14
15080047277	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	04-11-2019	05-11-2019	13-05-2020
Empresas del Consorcio					
RUC		Razón Social			
DNCP-001057		Consorcio Soluciones Hospitalares			
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 15
15080047270	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	04-11-2019	05-11-2019	13-04-2020
Empresas del Consorcio					
RUC		Razón Social			
DNCP-001057		Consorcio Soluciones Hospitalares			
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 16
1508005067	Póliza	EL SOL DEL PARAGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	04-11-2019	05-11-2019	13-05-2020
Empresas del Consorcio					
RUC		Razón Social			
DNCP-001057		Consorcio Soluciones Hospitalares			
Oferente: LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508016501	Póliza	ASEPASA	01-11-2019	04-11-2019	12-04-2020
Empresas del Consorcio					
RUC		Razón Social			
DNCP-001057		Consorcio Soluciones Hospitalares			
Oferente: B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - RUC: 80012330-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508002537	Póliza	SEGUROS GENERALES S.A. SEGESA	04-11-2019	04-11-2019	02-05-2020

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Oferente: B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - RUC: 80012330-1 **Categoría: Sin categorizar** **Nro. Oferente: 3**

--	--	--	--	--	--

Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1 **Categoría: Sin categorizar** **Nro. Oferente: 4**

1508047275 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	04-11-2019	04-11-2019	02-05-2020
------------------------	--------	--------------------------------	------------	------------	------------

--	--	--	--	--	--

Oferente: CHACO INTERNACIONAL SA - RUC: 80026564-5 **Categoría: Sin categorizar** **Nro. Oferente: 6**

1508010362	Póliza	Aseguradora del Este S.A.	04-11-2019	05-11-2019	13-04-2020
------------	--------	---------------------------	------------	------------	------------

--	--	--	--	--	--

Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0 **Categoría: Sin categorizar** **Nro. Oferente: 7**

1508001560	Póliza	Regional S.A. de Seguros	04-11-2019	04-11-2019	02-05-2020
------------	--------	--------------------------	------------	------------	------------

--	--	--	--	--	--

Oferente: V & V S.A - RUC: 80038216-1 **Categoría: Sin categorizar** **Nro. Oferente: 8**

1508003002	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	04-11-2019	04-11-2019	02-05-2020
------------	--------	--------------------	------------	------------	------------

--	--	--	--	--	--

Oferente: CODEX S.R.L. - RUC: 80000173-7 **Categoría: Sin categorizar** **Nro. Oferente: 9**

1508001338	Póliza	Cenit S.A de Seguros	01-11-2019	04-11-2019	11-04-2020
------------	--------	----------------------	------------	------------	------------

--	--	--	--	--	--

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42272207-001	Ventilador pulmonar de alta complejidad				30	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	LEISTUNG	Leistung Ingenieria SRL	LUFT3	Argentina	Ventilador Pulmonar de alta complejidad	199.000.000	5.970.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Drager	Drager	Evita V300	Alemania	Ventilador pulmonar de alta complejidad	213.768.244	6.413.047.320
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	MAGNAMED	MAGNAMED TECNOLOGÍA MEDICA S.A	FLEXIMAG PLUS	BRASIL	Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad	213.768.244	6.413.047.320
IMESE S.A. - 80016426-1	eVent Medical	eVent Medical, LTD	eVolution 3e	USA	Ventilador pulmonar de alta complejidad	180.000.000	5.400.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	BELLA VISTA	IMTMEDICAL	1000	SINGAPUR	VENTILADOR PULMONAR	240.000.000	7.200.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

2	42191807-001	Cama electrica para paciente					20
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	MESPA	MESPA SA LIK MALZEMEELER SAN. VE T C.A.	NG 5000	Turquia	Cama electrica para paciente	45.000.000	900.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEA	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD.	AG-B Series	China	Cama eléctrica con bascula	50.000.000	1.000.000.000
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	LOS PINOS	INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A.	GEMINI 1060	COLOMBIA	Cama Eléctrica para paciente	42.000.000	840.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	Hill Rom	Hill Rom, Inc	Hill Rom® 900 ACCELLA	Francia	Cama electrica para paciente	98.500.000	1.970.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	LINET	LINET	ELEGANZA 2	REPUBLICA CHECA	Cama electrica para paciente	35.000.000	700.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MUBI DOMETAL	DOMETAL	LYNIX BDS	COLOMBIA	CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE	50.000.000	1.000.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad			
3	42191802-003	Servocuna		20			
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Fanem	Fanem	Ampla 2085	Brasil		64.432.943	1.288.658.860
V & V S.A. - 80038216-1	DAVID	Ningbo David Medical Device Co., LTD.	HKN-93 Series	China	Servocuna	93.200.000	1.864.000.000
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	NICE	NICE NEOTECH MEDICAL SYSTEM PVT LTDA	NICE 5000P	INDIA	Servocuna	93.200.000	1.864.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX	MEDIX	SM-401 AMERICA	ARGENTINA	SERVOCUNA	88.000.000	1.760.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad			
4	42271714-002	Incubadoras		20			
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Fanem	Fanem	1186A	Brasil		85.638.722	1.712.774.440
V & V S.A. - 80038216-1	DAVID	Ningbo David Medical Device Co., LTD.	TI Series	China	Incubadoras	99.000.000	1.980.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX	MEDIX	NATAL CARE	ARGENTINA	INCUBADORAS	99.000.000	1.980.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad			
5	42181904-002	Monitor multiparametrico		100			
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	EDAN INSTRUMENTS INC	ELITE V6	CHINA	SE ADJUNTA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CATALOGO Y PAGINAS DE MANUAL DEL USUARIO	35.000.000	3.500.000.000
CATERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Biolight	Biolight	Q7	China	Monitor multiparametrico	35.000.000	3.500.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	AEONMED	BEIJING AEONMED CO. LTD	F8	CHINA	Monitor Multiparametrico	50.000.000	5.000.000.000
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	BLT - BIOLIGHT	GUANDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD.	Q7	CHINA	Monitor multiparamétrico	35.000.000	3.500.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	MINDRAY	BENEVISION N15	CHINA	Monitor multiparametrico	29.166.667	2.916.666.700
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	EFFICIA CM150	ALEMANIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO	38.000.000	3.800.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
6	42222002-001	Bomba de infusión a jeringa					200
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	BBRAUN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	APARATO PERFUSOR SPACE	ALEMANIA	N/A	17.702.728	3.540.545.600
INFOTEC SA - 80021897-3	Sinohero	Sinohero Med	SH-509i	China	Bomba de Infusión	7.000.000	1.400.000.000
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	N/A	JAPON	BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA	11.800.000	2.360.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Samtronic	Samtronic	ST7000	Brasil	Bomba de infusión a jeringa	6.900.000	1.380.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	YUESEN MED	Guangzhou Yueshen Medical Equipment Co., Ltd.	YSSY Series	China	Bomba de infusión a jeringa	7.200.000	1.440.000.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	MEDCAPTAIN	MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	MP-30	CHINA	Bomba de infusión a jeringa	8.800.000	1.760.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
7	42271907-001	Aspirador de secreciones					20
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Fanem	Fanem	Diapump Colibri DPM 40	Brasil		52.723.159	1.054.463.180
V & V S.A. - 80038216-1	ZHANG SMAF	Shanghai Yikang Medical Instruments Co., Ltd.	YX980D	China	Aspirador de secreciones	6.500.000	130.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
8	42201718-001	Ecografo					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DEZETA S.A. - 80019208-7	Mindray	MR Global Limited	Z50	China	Ecografo portátil	103.000.000	618.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	EDAN INSTRUMENTS INC	DUS 60	CHINA	SE ADJUNTA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CATALOGO Y PAGINAS DE MANUAL DEL USUARIO	86.000.000	516.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
9	42181716-001	Electrocardiografo					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	EDAN INSTRUMENTS INC	SE-1201	CHINA	SE ADJUNTA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CATALOGO Y PAGINAS DE MANUAL DEL USUARIO	17.000.000	170.000.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Biolight	Biolight	E65	China	Electrocardiografo	21.700.000	217.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	ZONCARE	Zoncare Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	iMAC 120	China	Electrocardiografo	12.000.000	120.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
10	42172101-001	Desfibrilador					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	CU MEDICAL	CU MEDICAL SYSTEMS, INC	CU-HD1	COREA	SE ADJUNTA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CATALOGO Y PAGINAS DE MANUAL DEL USUARIO	50.000.000	500.000.000

V & V S.A - 80038216-1	Innomed	Innomed Medical Zrt.	Cardio-Aid 360B	Hungria	Desfibrilador	57.984.000	579.840.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	MINDRAY	BENEHEART D3	CHINA	Desfibrilador	48.320.000	483.200.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	EFFICIA DFM100	ALEMANIA	DESFIBRILADOR	45.000.000	450.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	42272207-001	Ventilador pulmonar de alta complejidad					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	LEISTUNG	Leistung ingenieria srl	PR4-G	Argentina	Ventilador pulmonar de alta complejidad	167.490.000	167.490.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	42271718-9998	Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo					20
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	FISHER & PAYKEL	FISHER & PAYKEL	AIRVO II	NUEVA ZELANDA	DISP. PARA OXIGENOTER. ALTO FLUJO	100.000.000	2.000.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	42271718-9998	Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo					40
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	FISHER & PAYKEL	FISHER & PAYKEL	AIRVO II	NUEVA ZELANDA	DISP. PARA OXIGENOTER. ALTO FLUJO	100.000.000	4.000.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
14	41111808-002	Equipo de rayos X portatil					15
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio Sumi - DNCP-001065	Shimadzu	Shimadzu	MOBILEART ECO- MUX 10	Japón	Equipo de rayos X portatil	540.000.000	8.100.000.000
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	ALLENTERS	ALLENTERS MEDICAL SYSTEM LTD.	MARS 30	INDIA	Equipo de Rayos X Portátil	295.620.000	4.434.300.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	BMI	BMI	JOLLY 20 PLUS	ITALIA	Equipo de rayos X portatil	246.350.000	3.695.250.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VILLA SYSTEMI MEDICALI SPA/ KONIKA MINOLTA	VILLA SYSTEMI MEDICALI SPA/KONICA MINOLTA	VISITOR T30R/ IMAGEPILOT SIGMA25/ DRYPRO SIGMA	ITALIA/USA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	490.000.000	7.350.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	42172101-004	Carro de paro					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	CP-01	PARAGUAY	SE ADJUNTA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CATALOGO.-	10.000.000	100.000.000
V & V S.A - 80038216-1	AEGEA	Jiangsu Aegean Technology Co., LTD.	AG-SS Series	CHINA	CARRO DE PARO	7.900.000	79.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

Listado General de todas las Ofertas

1 - Ventilador pulmonar de alta complejidad

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	3.250.000.000	05-11-2019	07:49:21.098	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee11eacba22055c73e8dccb9d2c92466	
V & V S.A - 80038216-1	3.350.000.000	05-11-2019	07:49:13.811	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7102b5d55c8d5417a0ef535bfde2385b	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	3.350.000.000	05-11-2019	07:49:15.205	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2a6d27bd9c7654cdad10b046f9e2998	
V & V S.A - 80038216-1	3.400.000.000	05-11-2019	07:49:09.144	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54235957ead153fb51973866c188fd16	
V & V S.A - 80038216-1	3.450.000.000	05-11-2019	07:49:04.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	767af88ba011d1ca812458135b7752ce	
IMESE S.A. - 80016426-1	3.490.000.000	05-11-2019	07:49:12.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa4b1893b5439786fb768caf293c5d0d	
V & V S.A - 80038216-1	3.500.000.000	05-11-2019	07:49:00.102	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4384bd3957302dbbdee92ecdb22d5b30	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	3.550.000.000	05-11-2019	07:49:11.891	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	665bd1c6ca987903d2167f82827286f1	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	3.600.000.000	05-11-2019	07:48:54.088	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da848debf781ffcaa0b46aacef2a53c3	
V & V S.A - 80038216-1	3.650.000.000	05-11-2019	07:48:48.688	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a95e9de38ad50b57941efa8f5e564e7	
IMESE S.A. - 80016426-1	3.690.000.000	05-11-2019	07:49:01.002	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55b78e8099a1e8802c6a2cd0eece3016	
V & V S.A - 80038216-1	3.700.000.000	05-11-2019	07:48:43.588	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3607ddcda148c83d7c5d2fe1666fb2ce	
IMESE S.A. - 80016426-1	3.790.000.000	05-11-2019	07:48:46.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd3f74f0cbfb4963c7f2397b9f5ca1da	
V & V S.A - 80038216-1	3.800.000.000	05-11-2019	07:48:39.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfb55f66cc32a3d5476b7e4bc043a3b8	
V & V S.A - 80038216-1	3.900.000.000	05-11-2019	07:48:34.197	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	247ffadd25ebd362135a9608db990744	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	3.900.000.000	05-11-2019	07:48:34.219	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6cf93f40e1f3db1765d8628327fb013d	
V & V S.A - 80038216-1	3.955.000.000	05-11-2019	07:48:29.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0b5b4106621350d6eb848a9e6544783	
IMESE S.A. - 80016426-1	3.990.000.000	05-11-2019	07:48:39.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13c6aea5b270aef07e3e8f06b67a057	
V & V S.A - 80038216-1	4.000.000.000	05-11-2019	07:48:24.159	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38c82069ec0c91a7297b2653ca146ba5	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	4.100.000.000	05-11-2019	07:48:24.612	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a21cb8b51953c3bd6771390a26d26066	
IMESE S.A. - 80016426-1	4.190.000.000	05-11-2019	07:48:22.314	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd00e3bd9b3ba81618ada050af865cd7	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	4.200.000.000	05-11-2019	07:48:16.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a65e8f708853a3419108d5d21cefa04	
V & V S.A - 80038216-1	4.250.000.000	05-11-2019	07:48:19.664	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9aac3743e9816e50a88172262dbff7fa	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	4.300.000.000	05-11-2019	07:48:09.922	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a096c771c3beb9f3f4e1946bc7103d1	
V & V S.A - 80038216-1	4.300.000.000	05-11-2019	07:48:13.809	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc5982b285c12f51abaa8e68f9442707	
V & V S.A - 80038216-1	4.350.000.000	05-11-2019	07:48:09.531	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f54dcb3c8d49caae5a24201879ce33f	
IMESE S.A. - 80016426-1	4.390.000.000	05-11-2019	07:48:16.293	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	9fa7f2570de6cc138fa7f45bb016004c	
V & V S.A - 80038216-1	4.400.000.000	05-11-2019	07:48:04.773	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6549c2747c951cf3d594fb307c88d218	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	4.500.000.000	05-11-2019	07:48:04.293	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b93bc9de837132588a8f1a11f20a55c3	
IMESE S.A. - 80016426-1	4.540.000.000	05-11-2019	07:48:05.003	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13096e06a56a9d6a7b343855843be524	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	4.550.000.000	05-11-2019	07:47:58.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2796731af653805134e16a6b6df6f7c8	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	4.650.000.000	05-11-2019	07:47:52.811	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f05454e9b5a8391565b32f9a4b59294c	
V & V S.A - 80038216-1	4.735.000.000	05-11-2019	07:47:59.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3ebf8a95d483d05ad6b7b7665c4dcfe	
IMESE S.A. - 80016426-1	4.740.000.000	05-11-2019	07:47:58.698	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8a5035a2c3293e287907bb56bd02c02	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	4.750.000.000	05-11-2019	07:47:47.860	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d6980a77d43f00677b75256f5bbcd93	
IMESE S.A. - 80016426-1	4.780.000.000	05-11-2019	07:47:51.639	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c687c0aabcb0073da21ed383f55cff7	
V & V S.A - 80038216-1	4.785.000.000	05-11-2019	07:47:52.674	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2efa5a4e223661f7e2dd0f94b6f9f8e	
V & V S.A - 80038216-1	4.795.000.000	05-11-2019	07:47:45.649	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0bb82c7f8b333ecba903ee455d5a49c5	
V & V S.A - 80038216-1	4.800.000.000	05-11-2019	07:47:39.792	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d9358258915f99ffe26452e4d01ada2	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	4.950.000.000	05-11-2019	07:47:40.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8aff1f63083284e49d0f50d4d69aff5b	
V & V S.A - 80038216-1	4.975.000.000	05-11-2019	07:47:34.408	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88ab261849c92f4d799a111130678c7	
IMESE S.A. - 80016426-1	4.980.000.000	05-11-2019	07:47:39.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19ff15d0c89210dc43633151da63c2eb	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	4.990.000.000	05-11-2019	07:47:36.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f05a29aa534df2da45d438dfb98feba	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	5.000.000.000	05-11-2019	07:47:24.064	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4132770b063a5ff47b7e6aaac2acee8f	
V & V S.A - 80038216-1	5.050.000.000	05-11-2019	07:47:29.118	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c063351a9ca2bdfbcd34b31a3a22848	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.070.000.000	05-11-2019	07:47:43.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c0095aaafa3991e36de029fcdd6db1f	
IMESE S.A. - 80016426-1	5.090.000.000	05-11-2019	07:47:27.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d59740503ee078bdc392f12a4c69212b	
V & V S.A - 80038216-1	5.095.000.000	05-11-2019	07:47:24.054	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	045757d3822c05fc61414a21783d7ae3	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	5.100.000.000	05-11-2019	07:47:14.992	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	232abe169be093a58a91a962529c5ed2	
V & V S.A - 80038216-1	5.100.000.000	05-11-2019	07:47:18.825	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72ab18348ea6e77d474274da24dc5c35	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	5.120.000.000	05-11-2019	07:47:08.167	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e41b538064e30cd5e3f1aef1b833a959	
V & V S.A - 80038216-1	5.195.000.000	05-11-2019	07:47:07.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a08cb2bd73fd6826acc285359c47ee2e	
IMESE S.A. - 80016426-1	5.210.000.000	05-11-2019	07:47:15.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7c1feac442a98da141f43b424a883c3	

Listado General de todas las Ofertas

Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	5.220.000.000	05-11-2019	07:47:00.451	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9a84fe3f027961544a307d9dacc1c34	
V & V S.A - 80038216-1	5.250.000.000	05-11-2019	07:47:00.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3b82711c1a069fb53790bc26c5566a1	
V & V S.A - 80038216-1	5.275.000.000	05-11-2019	07:46:54.520	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4f628edbd8fb5c1c6f24adc9051195e	
V & V S.A - 80038216-1	5.300.000.000	05-11-2019	07:46:47.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eea0668afa63b708bc5833f4f3036f45	
IMESE S.A. - 80016426-1	5.300.000.000	05-11-2019	07:47:05.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c06eac6be6232e778d7f76349004d923	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	5.320.000.000	05-11-2019	07:46:54.016	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ad78afb4358a99970b11c305c23d31e	
V & V S.A - 80038216-1	5.325.000.000	05-11-2019	07:46:40.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7b46fbc932830aa86e3848cff8d824f	
V & V S.A - 80038216-1	5.350.000.000	05-11-2019	07:46:31.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8ceaffab185bc4fc19c9424521320ab	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	5.399.000.000	05-11-2019	07:46:47.010	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	779262719aed059f23b8af5e5e7c958b	
IMESE S.A. - 80016426-1	5.400.000.000	05-11-2019	07:20:45.778	Propuesta
		Código Verificador:	c96c0083796583ff03c5cd68ffbc3373	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	5.700.000.000	05-11-2019	07:47:48.952	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b3d3a50a66f0a80a7260e93c0c02907	
V & V S.A - 80038216-1	5.970.000.000	05-11-2019	07:20:45.775	Propuesta
		Código Verificador:	46ffca482357a4a1e1a543059c784149	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	6.413.047.320	05-11-2019	07:20:45.759	Propuesta
		Código Verificador:	89e1b4894a8b2caa40c85abbf02049ad	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	6.413.047.320	05-11-2019	07:20:45.773	Propuesta
		Código Verificador:	cd8d089e2a197b9ea916cdc03839fc31	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.200.000.000	05-11-2019	07:20:45.776	Propuesta
		Código Verificador:	2fef39e47b44a21965d3da4af6e3496b	

2 - Cama electrica para paciente

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CODEX S.R.L. - 80000173-7	585.000.000	05-11-2019	08:06:19.302	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01e562b1bedad22aeb63d49b8a02fa5d	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	590.000.000	05-11-2019	08:06:07.812	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40e167c69fbc290db7fc06173a4931a	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	600.000.000	05-11-2019	08:05:53.570	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	494b00d460e1986c6e7b635f0425a641	
V & V S.A - 80038216-1	600.000.000	05-11-2019	08:06:02.326	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3534e8ecef4dedca4e8aabc12fed191	
V & V S.A - 80038216-1	604.000.000	05-11-2019	08:05:56.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af8fc407bbb2339989c223dfe2c3083c	
V & V S.A - 80038216-1	605.000.000	05-11-2019	08:05:50.694	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6bb1aa24e6cfc02cfe452617a61c155	
V & V S.A - 80038216-1	606.000.000	05-11-2019	08:05:41.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e05157b98800833e71f978a32a8372ed	
V & V S.A - 80038216-1	607.000.000	05-11-2019	08:05:36.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84ec0bcf63db5250e8a3c117881fe831	
V & V S.A - 80038216-1	608.000.000	05-11-2019	08:05:27.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c79f8691b0b33285a87d9cc1121138c	
V & V S.A - 80038216-1	610.000.000	05-11-2019	08:05:20.840	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acc3f0483d93b3cfeb1baf5f0d3386e6f	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	610.000.000	05-11-2019	08:05:47.453	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e50fc66fd6c84bd64147a741949f096	
V & V S.A - 80038216-1	612.000.000	05-11-2019	08:05:16.672	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	22d19cdc67eff1ae6f784a737eca9674	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	615.000.000	05-11-2019	08:05:07.517	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c634c904fc9f0c881e9ce927544a2275	
V & V S.A - 80038216-1	615.000.000	05-11-2019	08:05:12.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	362bc2a6efac2cdd56d8cc594de2152c	
V & V S.A - 80038216-1	618.000.000	05-11-2019	08:05:00.490	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	542085af4dc5aa0230cb1c8d13327683	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	619.000.000	05-11-2019	08:05:03.912	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7022778acd515597050d23b89c640	
V & V S.A - 80038216-1	620.000.000	05-11-2019	08:04:51.836	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61b8419c1cb8a868d8afffee5ec64085	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	620.000.000	05-11-2019	08:04:55.463	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4033cdeaab14ea7b21e1b75e24c5be9a	
V & V S.A - 80038216-1	625.000.000	05-11-2019	08:04:46.751	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a51094aa00d6901740f64a67c412130	
V & V S.A - 80038216-1	629.000.000	05-11-2019	08:04:42.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1869dbb619a1332db2252a051d060d9	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	630.000.000	05-11-2019	08:04:38.086	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab0140683d8458d0d440afce8af1a7f	
V & V S.A - 80038216-1	635.000.000	05-11-2019	08:04:38.111	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb36dbc082dcae3002ebb9a0e2020e2a	
V & V S.A - 80038216-1	638.000.000	05-11-2019	08:04:33.379	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00e16a268a78995e31520671a8da24d0	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	639.000.000	05-11-2019	08:06:21.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c59baf3d09f69fcd89b7cb4a6d37bf	
V & V S.A - 80038216-1	640.000.000	05-11-2019	08:04:29.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c037d8a903d028802e5ad7f702a82dc	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	640.000.000	05-11-2019	08:04:29.740	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3472c22db8edeaa1d42e00e9fc4f62d1	
V & V S.A - 80038216-1	643.000.000	05-11-2019	08:04:24.673	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7531a564ced7b16781cb700daf4d9c1e	
V & V S.A - 80038216-1	645.000.000	05-11-2019	08:04:20.601	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a16724813f984c25284a56e15f672331	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	645.000.000	05-11-2019	08:04:29.796	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afa011a0594802fc90f4716e297b7204	
V & V S.A - 80038216-1	649.000.000	05-11-2019	08:04:14.852	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	551bf216b089001e1f6c4bad0f65e223	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	650.000.000	05-11-2019	08:04:02.568	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26014db9ee840240fd4e83b073fabffc	
V & V S.A - 80038216-1	670.000.000	05-11-2019	08:04:08.735	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37b282b3a38c283437d37faf5ed52d9a	
V & V S.A - 80038216-1	675.000.000	05-11-2019	08:04:00.080	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b4450ace85f310db406906817c85561	
V & V S.A - 80038216-1	679.000.000	05-11-2019	08:03:55.381	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a738604b255c6246941721634b9bfb8b	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	679.000.000	05-11-2019	08:04:40.063	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a77a090a04e78f54d5bcf9909fba830	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	680.000.000	05-11-2019	08:03:45.149	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00cc415723e2eeacfda80f97729b7e77	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	684.000.000	05-11-2019	08:04:05.229	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e744702fa160044afcbf88db46e24d5	
V & V S.A - 80038216-1	687.000.000	05-11-2019	08:03:49.444	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97b6a0850d238a4642294d5ecc791a21	
V & V S.A - 80038216-1	689.000.000	05-11-2019	08:03:44.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	199d22a827f3d423fc59e99e28542ade	
V & V S.A - 80038216-1	690.000.000	05-11-2019	08:03:37.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dda6d7e9798539d45a993ef5fa6fbff3	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	692.500.000	05-11-2019	08:03:33.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c82af5c196ae9dc9af7f35393a88e4a5	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	694.000.000	05-11-2019	08:03:52.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed275e01d4d3e06172ed9fb80c43fb57	
V & V S.A - 80038216-1	695.000.000	05-11-2019	08:03:25.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	154b7e8ffc168ac33dad98ebd753e0a1	
V & V S.A - 80038216-1	697.000.000	05-11-2019	08:03:19.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b37f278a33899408d2ac6560d2d16def	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	698.000.000	05-11-2019	08:03:34.437	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	548dca1115f9638f0cbe0fd6215c13fd	
V & V S.A - 80038216-1	699.000.000	05-11-2019	08:03:12.195	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	784b2b7fa1c63a95ce4205365c796c82	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	700.000.000	05-11-2019	07:20:46.037	Propuesta
		Código Verificador:	443b004e160ae3fe9344340958feae46	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	750.000.000	05-11-2019	08:03:28.321	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfbd9723530450895d964e5160e4470f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	839.000.000	05-11-2019	08:03:33.277	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c941b9d3c8f94575e28a1f6137b2cfc	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	840.000.000	05-11-2019	07:20:46.034	Propuesta
		Código Verificador:	fecda4957e0f06a3ebd2b560895c461f	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	900.000.000	05-11-2019	07:20:46.035	Propuesta
		Código Verificador:	a72781cf6ccb951d9d878d907e16d5c3	
V & V S.A - 80038216-1	1.000.000.000	05-11-2019	07:20:46.038	Propuesta
		Código Verificador:	24c3a25ea584ea4c03d2f855f35f2617	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.000.000.000	05-11-2019	07:20:46.041	Propuesta
		Código Verificador:	4b3837c594c28092f53332bbd14dbdc8	
IMESE S.A. - 80016426-1	1.780.000.000	05-11-2019	08:05:00.650	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd49ec5133dcc99417f4e2456daba18c	
IMESE S.A. - 80016426-1	1.970.000.000	05-11-2019	07:20:46.046	Propuesta
		Código Verificador:	c9df3c8fdb52cd7d8cb1bd093d0ff377	

3 - Servocuna

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	856.000.000	05-11-2019	08:25:44.570	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2a80f684bde463a5a5e3b86cd91bc72	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	859.000.000	05-11-2019	08:25:22.608	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a83fb743e9b1ca3c9711898985aef02	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	860.000.000	05-11-2019	08:25:05.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0970af6c83eebd99159531dfd3245c7	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	861.000.000	05-11-2019	08:25:00.142	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0fe0f86113474c36434ad87e5311b9d4	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	863.000.000	05-11-2019	08:24:54.186	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b4f83cf7a2ece41552ef99b826c8efb	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	865.000.000	05-11-2019	08:24:48.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91c636ba4708c2299dc53c51b3d2c9a6	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	868.000.000	05-11-2019	08:24:42.762	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00ad64985a91c884690b16b68ff8cd32	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	870.000.000	05-11-2019	08:24:25.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b4f482e6bb1b982d6fc06aa2f2e0c4d	
V & V S.A - 80038216-1	880.000.000	05-11-2019	08:24:38.109	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b902ebe8d07425bf6e150a9601a9340	
V & V S.A - 80038216-1	885.000.000	05-11-2019	08:24:29.610	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74df53edd174e1c79362730eea835417	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	887.000.000	05-11-2019	08:24:24.538	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0daa4f5f88e0752170571dfb097221b4	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	890.000.000	05-11-2019	08:24:08.992	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4352773448ea7f0a54f9d372bb7667dc	
V & V S.A - 80038216-1	890.000.000	05-11-2019	08:24:17.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b55ee3796abfa451fd1b34bbaf2588fe	
V & V S.A - 80038216-1	895.000.000	05-11-2019	08:24:13.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	528a4072faca554cb336e5a491fbc3a9	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	900.000.000	05-11-2019	08:24:01.660	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b88c721c870beb9a729e5b00cfa101db	
V & V S.A - 80038216-1	900.000.000	05-11-2019	08:24:06.890	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2bb0f7b95be82abf20e5e6bdea4e6d97	
V & V S.A - 80038216-1	905.000.000	05-11-2019	08:24:01.650	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9ca194c2987e025bfb0b019f8d9c688	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	910.000.000	05-11-2019	08:23:55.412	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9437704e390167b48dc026cc7d5a07a	
V & V S.A - 80038216-1	912.000.000	05-11-2019	08:23:49.081	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31226f5c4bad1b44f4d54ff37da43d45	
V & V S.A - 80038216-1	915.000.000	05-11-2019	08:23:39.005	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af4a3bf6b024a379b82012a92105a261	
V & V S.A - 80038216-1	920.000.000	05-11-2019	08:23:31.624	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe63ca220f3584a50fa7506cecc60886c	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	935.000.000	05-11-2019	08:22:59.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb1e62b75f34265a02e63c11e583e9f8	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	939.000.000	05-11-2019	08:24:06.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1459d1639a22421cdf47080303359a9	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	940.000.000	05-11-2019	08:22:53.062	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5bfcf4f1f1e0038b76a3e431353bc8b	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	945.000.000	05-11-2019	08:22:46.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72778c9932885838b5f49f204afcc9a2	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	950.000.000	05-11-2019	08:22:38.561	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f071281ddcd7ab04d4f43120d014c347	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	956.000.000	05-11-2019	08:22:31.780	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50960d413fbc0acf799221f09ed4548b	
V & V S.A - 80038216-1	960.000.000	05-11-2019	08:22:31.274	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd21b05f2b3630ed157d7167b4b46e8c	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	966.000.000	05-11-2019	08:22:25.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	808e7d8e6ad47891a26c28fac20748ac	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	976.000.000	05-11-2019	08:22:19.366	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0adae89dab8a7decdb6cf22dc20e580c	
V & V S.A - 80038216-1	980.000.000	05-11-2019	08:22:13.075	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe5f0b9efb2ec0756b6ffa1dd56f22ac	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	996.000.000	05-11-2019	08:22:15.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53810d2ad69fa60e66c8735413ebdccc	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	997.000.000	05-11-2019	08:22:10.606	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77a25355fa63273864de7df5071a50ff	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	998.000.000	05-11-2019	08:22:03.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec397fb1826086ccb71d9f6cc3a99b1b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	998.000.000	05-11-2019	08:23:21.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0e1def3003d27137f2c842ee50fb2be	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	999.000.000	05-11-2019	08:21:52.734	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8dc9117d341abf4d050eedc88a2e04f7	

Listado General de todas las Ofertas

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.000.000.000	05-11-2019	08:21:41.585	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af8963802251142b1dc7759932144f4b	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.010.000.000	05-11-2019	08:21:35.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6328ff25d5293a0baf33140785c2a2c	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.020.000.000	05-11-2019	08:21:30.951	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5c933054da1e23956ed77df9f0336c8	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.030.000.000	05-11-2019	08:21:26.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bfbf15d7e7295d176fc91a5c55c8097e	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.040.000.000	05-11-2019	08:21:20.751	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	946809c0c5b979de56da900d0fad74f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.058.000.000	05-11-2019	08:21:27.563	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8af1d093d90b69c43bd7d766fb073566	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.060.000.000	05-11-2019	08:21:15.477	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a27544b9373981371a3ba5b99cc66be	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.070.000.000	05-11-2019	08:21:09.099	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d22ca9d3e9055ba74d46abdedb58196	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.070.000.000	05-11-2019	08:21:12.222	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e84bbb212fbc9a4a453b435ccd8a8b9	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.080.000.000	05-11-2019	08:20:58.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e052ba8e799cb2e91324b2d381a6df8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.080.000.000	05-11-2019	08:21:01.215	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c101ab34aeccc7584afd9403b1f88d37	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.086.000.000	05-11-2019	08:20:51.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a29a16a096fd13dc1e343cfb2bae9f47	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.089.000.000	05-11-2019	08:21:00.002	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	caeff26f8adf90a787ab91d3d28ed99c	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.090.000.000	05-11-2019	08:20:28.319	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b063b95f38ba764db39d7ad47067093b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.109.000.000	05-11-2019	08:20:37.174	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48d4311c3c52a3de24002c9d080f7106	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.110.000.000	05-11-2019	08:20:17.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	831eeab9db8b6d7ba851451b068e43ec	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.118.000.000	05-11-2019	08:20:24.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	841285fa0917dd2190472594ff1f907f	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.120.000.000	05-11-2019	08:20:10.148	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5991a6411842e2ecc8e81e16224d50de	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.120.000.000	05-11-2019	08:20:25.804	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21a8caa6be50c518826db1df9ff39767	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.134.000.000	05-11-2019	08:20:09.854	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5327a08a8c348857cd392ef46076297	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.139.000.000	05-11-2019	08:20:04.698	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a6fc1f660f53cd42fdd87207c01b657	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.140.000.000	05-11-2019	08:19:49.841	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	465d1c52120631f7650f5554d218f7da	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.140.000.000	05-11-2019	08:19:55.904	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b41109f01ed49863b66eaf6054db2aed	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.145.000.000	05-11-2019	08:19:42.664	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05fb0cb8c39c27ef5ea4da8914bef866	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.150.000.000	05-11-2019	08:19:40.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72a42eb7d809edf26587654f6e48dc8e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.156.000.000	05-11-2019	08:19:42.734	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e3274937929683ed30d558376d83920	

Listado General de todas las Ofertas

Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.160.000.000	05-11-2019	08:19:29.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1bbc8137da406946832a29465ab4b4f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.164.000.000	05-11-2019	08:19:19.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6f48d3202ff16159ae06d0eccc73d60	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.170.000.000	05-11-2019	08:19:00.621	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2b5ef67d6531fceb8e80a575f0f189d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.185.000.000	05-11-2019	08:19:04.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae2623259cdf7ab2e8e3280075b394	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.190.000.000	05-11-2019	08:18:50.673	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31eb0eea3dd927c1804590ca6a1a1e11	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.199.000.000	05-11-2019	08:18:53.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2dcfa9612addc51cfc80aadab4fecb5	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.200.000.000	05-11-2019	08:18:42.563	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	626efc3b6856294dce6f1402e1ed0b6f	
V & V S.A - 80038216-1	1.200.000.000	05-11-2019	08:19:05.936	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22c74352564aed8265eafb3cf570370e	
V & V S.A - 80038216-1	1.209.000.000	05-11-2019	08:18:54.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1fae18cc27c13b33e268e12de61e2cf8	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.210.000.000	05-11-2019	08:18:38.000	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c748f738659a4edea23c3879d1f4670	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.220.000.000	05-11-2019	08:18:29.399	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9469cb3ad9db1becf23783d04c630252	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.225.000.000	05-11-2019	08:18:33.511	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	184a580db35a6023a12d57eefff088a8	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.230.000.000	05-11-2019	08:18:32.603	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7de7875280249227f3dc7751ac34a7ca	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.240.000.000	05-11-2019	08:18:26.261	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6024e8fe7f495b5694c740545db61978	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.250.000.000	05-11-2019	08:18:20.401	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b09dfa25a4af91d2f0b53427a430602	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.255.000.000	05-11-2019	08:18:15.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60e7c7629785af322aa744210c425d13	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.260.000.000	05-11-2019	08:18:10.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	794e5ee8b763a46fec882aae61e3d6cd	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.270.000.000	05-11-2019	08:18:02.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da41b394fbec95775e4bcece6066791	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.275.000.000	05-11-2019	08:17:53.793	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	442b9750e416b535d06ed680a1dcce43	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.280.000.000	05-11-2019	08:17:56.073	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f5fb767e65447f2f116a2d5eb035884	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.287.000.000	05-11-2019	08:17:42.170	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	436e65a10dac291a3d13a372ae32af7c	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.288.658.860	05-11-2019	07:20:46.136	Propuesta
		Código Verificador:	5f22cc2fcdf22582bc31ee48f4941070	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.760.000.000	05-11-2019	07:20:46.138	Propuesta
		Código Verificador:	589e9c723fdb5a4c1b99034d6da249fe	
Consortio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	1.864.000.000	05-11-2019	07:20:46.134	Propuesta
		Código Verificador:	1a7975de9ce3a1a1c070934bba319549	
V & V S.A - 80038216-1	1.864.000.000	05-11-2019	07:20:46.137	Propuesta
		Código Verificador:	a368d26a9a28d775000e39054b0a2518	

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	1.470.000.000	05-11-2019	08:46:09.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67efb5171f378b20a74ddc70668baca6	
V & V S.A - 80038216-1	1.475.000.000	05-11-2019	08:46:01.593	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0961a19b62c80b2c49ef61573f8f57b7	
V & V S.A - 80038216-1	1.480.000.000	05-11-2019	08:45:50.787	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70d0912ffa79ae9a907639d1bb0268ff	
V & V S.A - 80038216-1	1.485.000.000	05-11-2019	08:45:43.962	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec08d7b156f4fe8858047035382f4b44	
V & V S.A - 80038216-1	1.490.000.000	05-11-2019	08:45:20.413	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc37e45c85b6e9227cfb9baa95496741	
V & V S.A - 80038216-1	1.495.000.000	05-11-2019	08:45:13.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb1598bdae24ebd5407d5fe5d84d2269	
V & V S.A - 80038216-1	1.500.000.000	05-11-2019	08:45:05.410	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc10673b555995372752a6243814e71f	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.505.000.000	05-11-2019	08:45:41.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	771f79aa944d24980b75e9bec04cb069	
V & V S.A - 80038216-1	1.515.000.000	05-11-2019	08:44:59.707	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79a8ebe81c073f201fc89729556bfa8d	
V & V S.A - 80038216-1	1.520.000.000	05-11-2019	08:44:53.382	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4c7a3b1676c2eec95f939be5db394ef	
V & V S.A - 80038216-1	1.525.000.000	05-11-2019	08:44:44.410	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08b3eb0ce4af382dc8b2539105dd39c4	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.525.000.000	05-11-2019	08:44:49.006	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21b9abae81e6307a23cbec58fede8184	
V & V S.A - 80038216-1	1.530.000.000	05-11-2019	08:44:27.004	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04f34ee82067a4300ff97a56827adadf	
V & V S.A - 80038216-1	1.535.000.000	05-11-2019	08:44:22.359	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a446bab0467274cc74eb2abf68d07aa	
V & V S.A - 80038216-1	1.550.000.000	05-11-2019	08:44:17.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a99b2e805ad4b7e8d53ae517a74c0145	
V & V S.A - 80038216-1	1.585.000.000	05-11-2019	08:44:09.750	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f9c1e6072eb54b8c88f63a05b31e7fb	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.585.000.000	05-11-2019	08:44:10.641	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c896375250b12deab6b22843a408cccc	
V & V S.A - 80038216-1	1.588.000.000	05-11-2019	08:44:05.330	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2892ba75028f947842a4df8c5d4e9b05	
V & V S.A - 80038216-1	1.590.000.000	05-11-2019	08:44:00.317	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73927cf6021d548a14560e073788de77	
V & V S.A - 80038216-1	1.595.000.000	05-11-2019	08:43:54.965	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c47970e57fbc3bfe3512a17228f0eade	
V & V S.A - 80038216-1	1.600.000.000	05-11-2019	08:43:50.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c59c0b27173816fad12a1cd324556b0d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.600.000.000	05-11-2019	08:43:55.596	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee852375dc3318baa70dba93de0c7f49	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.610.000.000	05-11-2019	08:43:43.451	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75f80ae7e343f078ee6c6ea7494ad7b3	
V & V S.A - 80038216-1	1.610.000.000	05-11-2019	08:43:45.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	936cf2755daf1d01b7e302e4b66352e9	
V & V S.A - 80038216-1	1.611.000.000	05-11-2019	08:43:39.759	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2539bc5cd0e416d814e0d854cb7a1948	
V & V S.A - 80038216-1	1.613.000.000	05-11-2019	08:43:35.120	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a497f1d5d8ef3a2ca2d40ed4a19cd5f	
V & V S.A - 80038216-1	1.615.000.000	05-11-2019	08:43:29.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7bbc9b0385426a24ce6215d725320fc6	
V & V S.A - 80038216-1	1.620.000.000	05-11-2019	08:43:14.538	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f064db0a06b715aa43f7385c0eb7cde	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.620.000.000	05-11-2019	08:43:24.190	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	4f68b7fe2096233ee5f03345a5d30b2
V & V S.A. - 80038216-1	1.625.000.000	05-11-2019	08:43:09.321 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afcad4d340802609f91273ed2695371a
V & V S.A. - 80038216-1	1.635.000.000	05-11-2019	08:43:01.742 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2607f436c61a45db5c58cfb6c49f8f20
V & V S.A. - 80038216-1	1.650.000.000	05-11-2019	08:42:54.853 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a4d7e746bad6003f531abc1e22b939b
V & V S.A. - 80038216-1	1.660.000.000	05-11-2019	08:42:49.232 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	205f08c0ab85966419016ce842421cdc
V & V S.A. - 80038216-1	1.670.000.000	05-11-2019	08:42:43.187 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06fe5245361cc668763058e2cb01e70f
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.675.000.000	05-11-2019	08:42:33.734 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ea939ebda9cc70333cab1f02b08b398
V & V S.A. - 80038216-1	1.685.000.000	05-11-2019	08:42:37.008 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa891b0fafa9c6a3f76426050b6010b0
V & V S.A. - 80038216-1	1.690.000.000	05-11-2019	08:41:38.546 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1769f7c92d2540b368cf049b11e0b736
V & V S.A. - 80038216-1	1.695.000.000	05-11-2019	08:41:32.394 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef5445db8a57f0e9cdc40bc52281caee
V & V S.A. - 80038216-1	1.700.000.000	05-11-2019	08:41:23.999 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0c8dfed0411fbb1e1fe91b32fc0bb95
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.712.774.440	05-11-2019	07:20:46.199 Propuesta
		Código Verificador:	e51a41af05235039ec43ad2f767ff13c
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.800.000.000	05-11-2019	08:42:14.253 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b84ff1e3a782e691bb27d52a08991823
V & V S.A. - 80038216-1	1.980.000.000	05-11-2019	07:20:46.200 Propuesta
		Código Verificador:	59b1354c3273a0c13ce272cccac1110b
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.980.000.000	05-11-2019	07:20:46.202 Propuesta
		Código Verificador:	2aad4a1664f7bb7d95100d7ee8367fe3

5 - Monitor multiparametrico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.610.000.000	05-11-2019	09:15:20.115	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7144239d58f051406a5263dcfbc036d0	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.627.000.000	05-11-2019	09:15:10.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e8181309caa41ca159ca14fb9d4c7b1	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.628.000.000	05-11-2019	09:14:12.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	861a061b1d1488b2f829f4e37526b093	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.629.000.000	05-11-2019	09:13:21.553	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	286fa0cf162ca605f01ab8b2b18e1be9	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.630.000.000	05-11-2019	09:12:29.048	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f4e7421178473a21dceae7480021c82	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.640.000.000	05-11-2019	09:12:14.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a5b244a996e3184ba6b7a5898f4a3fc	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.650.000.000	05-11-2019	09:12:07.028	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0884d026b4faa6259c0865376d581bcb	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.670.000.000	05-11-2019	09:12:10.144	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acfb6d39d0d67beb47cfb3dd462d8cf	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.680.000.000	05-11-2019	09:12:02.217	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30a095b1d15fca495953d1ecbc13ddcf	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.690.000.000	05-11-2019	09:11:47.979	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdd698b3df9b1a3044c33164d0b1e7cf	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.690.000.000	05-11-2019	09:11:58.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03f7a7fa9112d3ee377960f065ef378d	

Listado General de todas las Ofertas

Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.695.000.000	05-11-2019	09:11:47.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09d5b5feadedcacab862dcab82dc4683	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.699.000.000	05-11-2019	09:11:34.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9df778d74e82f559eb60d0cb345b54fe	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.700.000.000	05-11-2019	09:10:56.429	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	838e436eaa41d3e9c843de0a6505ee1	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.748.000.000	05-11-2019	09:10:56.463	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5fabf17b768fae50063262c92945524	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.750.000.000	05-11-2019	09:10:40.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97f4336da69c8b33fa860963dcfb35d8	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.798.000.000	05-11-2019	09:10:36.389	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52049ee531ddc22d5c04475a332daa18	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.800.000.000	05-11-2019	09:10:21.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c42d36d9fb6d6194c7a02dcc876f5fef	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.838.000.000	05-11-2019	09:15:14.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dddd8be4216ab283bda2126f8452f70c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.840.000.000	05-11-2019	09:15:19.028	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b96d6f49c8cfa7d663bb3c7fed55eb20	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.841.000.000	05-11-2019	09:15:08.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4190d3a36f2654a92a71e17eae04b58	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.842.000.000	05-11-2019	09:15:02.199	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba3f1460c9fa285c8668c0821f0c761e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.843.000.000	05-11-2019	09:15:03.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	670d84b77563eb58de10ddc175dead7b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.845.000.000	05-11-2019	09:14:55.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1085d451e28a733febaff53fee76f92b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.848.000.000	05-11-2019	09:14:26.567	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea173cc7db9673950fd5b3ce90c048b2	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.850.000.000	05-11-2019	09:14:06.440	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb1475eb2eb47220b937a5f8bfe316dc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.850.000.000	05-11-2019	09:14:15.903	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afc0fee694d465ec9124c22a098b270d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.854.000.000	05-11-2019	09:13:36.135	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a984ed94a0635214529b165e23d5b89	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.859.000.000	05-11-2019	09:13:40.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8934156533834b305cd9f82ca4d59d2	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.859.900.000	05-11-2019	09:13:22.873	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2fe1e0abb3bfb35c16d6ebf7bca74c90	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.860.000.000	05-11-2019	09:13:03.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	988652c1bd8c4e3253885baf4b2e9b99	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.863.000.000	05-11-2019	09:12:48.453	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12d62927c90d5c3e4a2b6f9d259c7415	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.864.000.000	05-11-2019	09:12:34.866	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76cf6fedabd85370e4d6a4e497a17a7b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.867.000.000	05-11-2019	09:12:40.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0277629acd172849461dc1564d72e3c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.869.000.000	05-11-2019	09:12:18.990	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	169329504ba61036010982d407307f3b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.870.000.000	05-11-2019	09:11:13.127	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf73caa6753e06484446f001eeefbca28	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.878.000.000	05-11-2019	09:10:22.088	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39db30108959039c053dbc046f43b5e1	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.879.000.000	05-11-2019	09:10:32.764	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3055152a4a23db163d4ddd49aa886b1d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.880.000.000	05-11-2019	09:10:14.317	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c22573efc203825f72bfe08b6e5b28e	

Listado General de todas las Ofertas

Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.888.000.000	05-11-2019	09:10:14.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4dcecf4c700decca3b5123afe55da91	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.889.000.000	05-11-2019	09:10:15.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d86a293b7c83f3a0f037c78d47770a6	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.890.000.000	05-11-2019	09:10:00.339	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a900b256cdfa0a79997534f13f6a73e0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.898.000.000	05-11-2019	09:09:58.539	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9e164e1bb5456a45ec145965d77a983	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.900.000.000	05-11-2019	09:09:46.612	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b37d98d5f1b4f6d70f2b0465564ce88d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.900.000.000	05-11-2019	09:09:47.022	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70a912a3c125cd76da7dd90cfa96e7d3	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.900.000.000	05-11-2019	09:09:52.396	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8394dd5e8f7f61b3f469ef7b21a5f6cb	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.903.000.000	05-11-2019	09:09:39.151	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6ffd8616ed8259192285b785ccb01b0	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.906.000.000	05-11-2019	09:09:36.132	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c8366fd7024d62c61858ffcb355705	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.908.000.000	05-11-2019	09:09:16.250	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8889aafbcaad29fb75c64cfe6c2f6411	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.910.000.000	05-11-2019	09:09:00.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	817d906a90d0c04101626326c3512b3d	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.910.000.000	05-11-2019	09:09:05.898	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fecae48ec185d10dec7ef84396d8fc6	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.913.000.000	05-11-2019	09:08:36.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4099b1e47cef415de26142840a4a7466	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.915.000.000	05-11-2019	09:06:21.488	Etapas de Puja
		Código Verificador:	1e639f4aece5795baefc1aae84f300a3	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.916.000.000	05-11-2019	09:04:28.098	Etapas de Puja
		Código Verificador:	3a983d1beb86e49def2447e77e56f5a3	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.916.666.700	05-11-2019	07:20:46.321	Propuesta
		Código Verificador:	2853e87225fb766aa268c7965b3aaf8c	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.935.000.000	05-11-2019	09:03:01.352	Etapas de Puja
		Código Verificador:	d9c6b7f97bd3b93fd07797f5c5d10f05	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.945.000.000	05-11-2019	09:00:53.008	Etapas de Puja
		Código Verificador:	3f8f87a1083de4f6efb52acbd0e9b440	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.955.000.000	05-11-2019	08:58:53.500	Etapas de Puja
		Código Verificador:	6b010894eadc6d9d62569d90a4ce0c91	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.300.000.000	05-11-2019	09:07:42.938	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86ebba433b2968e8efde3949b40804cd	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.470.000.000	05-11-2019	09:11:59.281	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b6835a6761109e7649e480b22ed8a66	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	3.490.000.000	05-11-2019	08:51:30.286	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e1e94c0781502d2d0232fc3662544115	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	3.500.000.000	05-11-2019	07:20:46.319	Propuesta
		Código Verificador:	3daf03eb053e0acc373a18425be07ecf	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.500.000.000	05-11-2019	07:20:46.323	Propuesta
		Código Verificador:	00374c95de7c223c26162cec11e88d70	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.500.000.000	05-11-2019	07:20:46.325	Propuesta
		Código Verificador:	ad4de1dcb3e2de464e691ff2048cce6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.800.000.000	05-11-2019	07:20:46.326	Propuesta
		Código Verificador:	00d69cf0d80171b981a57ead07ab2e4d	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	4.000.000.000	05-11-2019	08:56:18.641	Etapa de Puja
		Código Verificador:	297a3c0a551e91f18f0f87dd190c78da	
V & V S.A - 80038216-1	5.000.000.000	05-11-2019	07:20:46.322	Propuesta
		Código Verificador:	87af6cd8cc47386f74dfcf2a834ebd00	

6 - Bomba de infusión a jeringa

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	1.125.000.000	05-11-2019	09:33:34.098	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e30895150c8ccd71bf2401d6926eca44	
V & V S.A - 80038216-1	1.135.000.000	05-11-2019	09:33:29.080	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e41bc99e6c26a88e3d4855ea36dd8d4	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.148.000.000	05-11-2019	09:33:33.834	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a6a525153a5196e3f7d8ca6da2bfc3f	
V & V S.A - 80038216-1	1.150.000.000	05-11-2019	09:33:23.899	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47039036f264bae2b72ec3ffd643b074	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.158.000.000	05-11-2019	09:33:28.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b72e75388eda4238ee8b36407352e07	
V & V S.A - 80038216-1	1.160.000.000	05-11-2019	09:33:19.527	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b47e0bd2ba572bb3bc36848ee66caebd	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.160.000.000	05-11-2019	09:33:35.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ff3dc2fcd12db826dc02e1dbe121b3	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.164.000.000	05-11-2019	09:33:22.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ad79f726558789b5dae9ef12df60ff	
V & V S.A - 80038216-1	1.165.000.000	05-11-2019	09:33:14.901	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	942b5251cc0142451de3f05e12b6c1b9	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.169.000.000	05-11-2019	09:33:18.188	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	413ce7a7c5da4018870127e741606f51	
V & V S.A - 80038216-1	1.170.000.000	05-11-2019	09:33:10.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4ea6c7afbd6c176ae2bc674ec2093ad	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.170.000.000	05-11-2019	09:33:14.748	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	731f01da8f311815632cb366066f42ae	
V & V S.A - 80038216-1	1.185.000.000	05-11-2019	09:33:05.197	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c15c50484b6c3aa521f19bda3f720345	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.195.000.000	05-11-2019	09:32:57.054	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6ffa03fab27e8a9fb9c2f1030abdca0	
V & V S.A - 80038216-1	1.195.000.000	05-11-2019	09:32:59.693	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1172bf566dd6ea4f55f299dc6a8dc980	
V & V S.A - 80038216-1	1.200.000.000	05-11-2019	09:32:48.885	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7991672b87eb73aab8a490b24c9bcd26	
V & V S.A - 80038216-1	1.205.000.000	05-11-2019	09:32:44.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fedff4ae34013bf20662dd7a61a6bf4	
V & V S.A - 80038216-1	1.215.000.000	05-11-2019	09:32:39.817	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	363970ff8217e4fd6634d867e8560864	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.224.000.000	05-11-2019	09:32:44.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb27b9cf53721952423e752e24b5d915	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.229.000.000	05-11-2019	09:32:38.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d40a56018aebb9719cdc98fbd2ffbec	
V & V S.A - 80038216-1	1.230.000.000	05-11-2019	09:32:34.756	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5709651df34b4d00206f079810f5519b	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.230.000.000	05-11-2019	09:32:41.392	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a17fd57beccc4d9ed814f5147e874438	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.235.000.000	05-11-2019	09:32:32.018	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c600e427acaa15f78a45169a80e68e0	
V & V S.A - 80038216-1	1.240.000.000	05-11-2019	09:32:29.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01ca109acad29da0400d55721af70930	
V & V S.A - 80038216-1	1.245.000.000	05-11-2019	09:32:24.931	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ac0c944d56523e723d6966a5ef7312b	
V & V S.A - 80038216-1	1.250.000.000	05-11-2019	09:32:20.584	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	566c5d7e16505ff28c93e3738f5a5dcb	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.265.000.000	05-11-2019	09:32:25.328	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ead23c50a604f8d56ba83949f082765c	
V & V S.A - 80038216-1	1.270.000.000	05-11-2019	09:32:16.291	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19f2c630bf028c286131d6d71eefa66e	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.270.000.000	05-11-2019	09:32:19.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef4239ebe3a1a3fc7db307adfe535d99	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.271.000.000	05-11-2019	09:32:19.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5fd0a9b85dbe6a51b4206dac3a0537e4	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.275.000.000	05-11-2019	09:32:09.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3708adaf5db410b32d242f33dab02dfe	
V & V S.A - 80038216-1	1.278.000.000	05-11-2019	09:32:08.779	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f756d6b3e6440f8056272c2901292d43	
V & V S.A - 80038216-1	1.280.000.000	05-11-2019	09:32:04.223	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce0c42b8e4aeaa271dc891f7f9dd81cf	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.284.000.000	05-11-2019	09:32:04.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f8e88a61e1a9ed17826d40e212859ab	
V & V S.A - 80038216-1	1.285.000.000	05-11-2019	09:31:57.965	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5abced3f7857431f5e5906b339234041	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.285.000.000	05-11-2019	09:31:59.440	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f736e08e0b092dc0227dd153197840b3	
V & V S.A - 80038216-1	1.290.000.000	05-11-2019	09:31:49.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ee7923df3338a6fc47cce4dc85f166c	
V & V S.A - 80038216-1	1.295.000.000	05-11-2019	09:31:44.366	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e139ee9ab4c976aaed0e022236110924	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.299.000.000	05-11-2019	09:31:53.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8a23a0996eb18835a2ab18db560bdf4	
V & V S.A - 80038216-1	1.300.000.000	05-11-2019	09:31:39.067	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43435acebf211efd584e05e6be784e0f	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.311.000.000	05-11-2019	09:31:34.066	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	170efd073ab814db331b70bf431f6d73	
V & V S.A - 80038216-1	1.315.000.000	05-11-2019	09:31:32.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c7d4bc287483c4ece9d56c3f11e496b	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.315.000.000	05-11-2019	09:31:38.406	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b00d7d93310effc0063331f058cf14f	
V & V S.A - 80038216-1	1.318.000.000	05-11-2019	09:31:28.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e443462c5babfd615471219e072facf	
V & V S.A - 80038216-1	1.320.000.000	05-11-2019	09:31:23.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0d8aa8690c370cdf972b91462c9bf52	
V & V S.A - 80038216-1	1.323.000.000	05-11-2019	09:31:18.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04c19dc3731442d3a91f2bc5fe3368b9	
V & V S.A - 80038216-1	1.325.000.000	05-11-2019	09:31:13.759	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19091ba72b166857d827b984b26cd688	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.327.000.000	05-11-2019	09:31:20.219	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ce719f7d7d6c926fd84bb28f367d05b	
V & V S.A - 80038216-1	1.328.000.000	05-11-2019	09:31:09.409	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed2bc8c78f39d8791078b507a855cfff	
V & V S.A - 80038216-1	1.330.000.000	05-11-2019	09:31:02.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	737ecbd59a96ecb0fc4a0f1801b8ff86	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.331.000.000	05-11-2019	09:31:01.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b3619e4c88eae6ae7fc7400f77c19fd	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.334.000.000	05-11-2019	09:31:08.903	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f67e8625e98a3706f67d310537bb70d2	
V & V S.A - 80038216-1	1.335.000.000	05-11-2019	09:30:54.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0fe6794deafdccfb07e8f5f01d9ea9bf	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.339.000.000	05-11-2019	09:30:52.606	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ed9d9a7c36f01ef34c35641dd853445	
V & V S.A - 80038216-1	1.340.000.000	05-11-2019	09:30:14.181	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	115a5ff79a86e7ffd0aaafa77302c8ac	
V & V S.A - 80038216-1	1.345.000.000	05-11-2019	09:30:08.504	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd96ca8dfeaa86fca93831cb356ad7b5	
V & V S.A - 80038216-1	1.350.000.000	05-11-2019	09:30:02.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ce3059c2d2cf17da1ded698180e37fa	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.380.000.000	05-11-2019	07:20:46.474	Propuesta
		Código Verificador:	f35cf9d38edbbadc8d5ddc6f5f3ded7	
V & V S.A - 80038216-1	1.440.000.000	05-11-2019	07:20:46.476	Propuesta
		Código Verificador:	33f34fcbeeb025c280dc624f303328aaf	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.760.000.000	05-11-2019	07:20:46.479	Propuesta
		Código Verificador:	f04bdf9b276ebc0776f226ab254ae20	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	1.837.000.000	05-11-2019	09:29:29.198	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae62b24e0c567ff2a34398f400eafa26	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.360.000.000	05-11-2019	07:20:46.480	Propuesta
		Código Verificador:	ee950733f616070acb93036b01d376f0	
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	2.750.000.000	05-11-2019	09:30:21.536	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f01a2b5e58afd46d426afe1471dd8e6	
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	3.540.545.600	05-11-2019	07:20:46.478	Propuesta
		Código Verificador:	44d159986c533b18019f5b2d3974b380	

7 - Aspirador de secreciones

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	130.000.000	05-11-2019	07:20:46.523	Propuesta
		Código Verificador:	ccd9ec600ed45dba4fa046298d02a8de	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	970.000.000	05-11-2019	09:54:53.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7223e67d7fb6477d18dba36f0da8a7b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.054.463.180	05-11-2019	07:20:46.521	Propuesta
		Código Verificador:	3aec6b15b926b2dc85343be006b0ca64	

8 - Ecografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	498.000.000	05-11-2019	10:13:58.869	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18a03e2376f81308f201f9e455c0d57c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	499.000.000	05-11-2019	10:13:27.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5e1bf6028d3341b56b91ef583b8ec61	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	499.500.000	05-11-2019	10:13:17.368	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64772fbcbe5d8c60c8ab36713efaff3c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	500.000.000	05-11-2019	10:12:54.393	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a20adbbee0d20c537229ff5178f5079	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	504.000.000	05-11-2019	10:12:18.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af648ccd1421535b02bd0e2244fb7595	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	505.000.000	05-11-2019	10:12:05.763	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5af3bac3a2d7410a6830ca33f887248	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	508.000.000	05-11-2019	10:11:57.119	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2dc6a4ba4db620424f2b8b0470f92fb8	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	510.000.000	05-11-2019	10:11:45.549	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9252022e8e0bf3f2fba3ecd028b743f3	
DEZETA S.A - 80019208-7	510.000.000	05-11-2019	10:11:47.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	157716659d8fe69b5388608bb8e2c649	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	510.899.000	05-11-2019	10:11:34.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a5ab71e515fb9387c6683e6e97a1bf0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	511.899.000	05-11-2019	10:11:28.464	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb2670d8c1246d86dccc5e921a0957fc	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	511.900.000	05-11-2019	10:10:48.389	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	734891fd237fe48b6ca2bf42e0f43fa0	

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	513.900.000	05-11-2019	10:10:37.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f9c45f80b406c44434c309dc3a99031	
DEZETA S.A - 80019208-7	514.000.000	05-11-2019	10:10:13.204	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	773f5c898ede20caefd1b0541fab4e06	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	514.900.000	05-11-2019	10:10:10.468	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c831e238aac949c7cc1e3ea0b208d9e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	514.990.000	05-11-2019	10:09:51.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5636bb63a42bfb85f57e362b25a7d9d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	514.999.000	05-11-2019	10:09:27.691	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7cd5eb74b7b7d326af63a807893092f7	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	516.000.000	05-11-2019	07:20:46.569	Propuesta
		Código Verificador:	c410c1bad326ecc39fd56083abca7461	
DEZETA S.A - 80019208-7	618.000.000	05-11-2019	07:20:46.567	Propuesta
		Código Verificador:	cb82112b3563e6aeb6620d5b6acf63dc	

9 - Electrocardiografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	120.000.000	05-11-2019	07:20:46.632	Propuesta
		Código Verificador:	14359a5225206dac8f6c7931841dac1	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	154.000.000	05-11-2019	10:25:16.200	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55351b700add7da5992ff8f961e9b3a1	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	160.000.000	05-11-2019	10:24:40.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b74315527938a7a52031a6d05bed2f23	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	170.000.000	05-11-2019	07:20:46.633	Propuesta
		Código Verificador:	734a1b0bd284100cc6423a301891ca3d	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	181.500.000	05-11-2019	10:16:38.142	Recepción de Lances
		Código Verificador:	24713c047fdfa2add55b0275b260f340	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	217.000.000	05-11-2019	07:20:46.635	Propuesta
		Código Verificador:	2a45931590bdef7d1a7339a5ae200501	

10 - Desfibrilador

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	390.000.000	05-11-2019	10:47:51.920	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4caada8b8674d5789e2db1e15f0cc329	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	395.000.000	05-11-2019	10:47:44.693	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee6b95bdece80e7cd045482267990117	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	400.000.000	05-11-2019	10:47:34.730	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	040a25dfbe0079d78bf21a24390ef9a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	403.000.000	05-11-2019	10:47:34.109	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d1c1e844b4b733bcc82ef564617cd1d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	405.000.000	05-11-2019	10:47:27.766	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b30e423f211e91811200d4e00cbd93a7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	410.000.000	05-11-2019	10:47:15.391	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f13eddab5910881598cd5eb73c863eac	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	410.000.000	05-11-2019	10:47:25.986	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	189a0b9b34b6b6f9c0398fda30abc6a2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	415.000.000	05-11-2019	10:47:07.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6b663f2ffff8b7905ec75a2d1ddbf48	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	417.000.000	05-11-2019	10:47:11.124	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d396d868482e62336f3a1a9d2b0db1a1	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	418.000.000	05-11-2019	10:47:04.696	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f094353177febdc201cee0840c784271	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	420.000.000	05-11-2019	10:46:46.284	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	163f4f92e366b647074ba93b99a5bcba	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	420.000.000	05-11-2019	10:46:54.332	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91cea2d408862a92da6b7329932674e4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	422.000.000	05-11-2019	10:46:40.613	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc2f45ce3c33a32053be72125facb98b	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	423.000.000	05-11-2019	10:46:26.574	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75acd477990ca395db973fe235d17f46	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	423.900.000	05-11-2019	10:46:33.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7ec01f11c90c65c8eb5c2e2e53ef9f6	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	424.000.000	05-11-2019	10:46:21.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b66538b364e1bac079c704e5776c1716	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	425.000.000	05-11-2019	10:46:11.482	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb9a57f9426995238ccdfcd275c1186	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	429.000.000	05-11-2019	10:45:56.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	289866c9ca2235f4ea604b360fef972e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	430.000.000	05-11-2019	10:45:38.394	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79e55bab3681b86d6cec07da447cf55e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	435.000.000	05-11-2019	10:45:19.565	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4fc8a29f3f0af02e53667bb22ee55d3	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	440.000.000	05-11-2019	10:45:11.520	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	352fe2eb53fd8816c5efe8b06245b125	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	450.000.000	05-11-2019	07:20:46.716	Propuesta
		Código Verificador:	bd3c20f048fa54bca92e2d361e641754	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	474.499.000	05-11-2019	10:45:40.268	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56893378021e871eb00da98db0a7904c	
V & V S.A - 80038216-1	475.000.000	05-11-2019	10:38:25.466	Etapas de Puja
		Código Verificador:	392296443a5c1f08db1b7a03ae3c46ec	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	483.200.000	05-11-2019	07:20:46.712	Propuesta
		Código Verificador:	80976972d8ba269a3433e57bd26b1cdf	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	500.000.000	05-11-2019	07:20:46.715	Propuesta
		Código Verificador:	9708302280c88a478adeab35dbe93001	
V & V S.A - 80038216-1	579.840.000	05-11-2019	07:20:46.714	Propuesta
		Código Verificador:	bd6cf2b4c9e44775c17dd25c9a1b3bb1	

11 - Ventilador pulmonar de alta complejidad

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	167.490.000	05-11-2019	07:20:46.740	Propuesta
		Código Verificador:	6f682c6bf9a8ed633b5824f5ccdd2188	

12 - Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.000.000.000	05-11-2019	07:20:46.767	Propuesta
		Código Verificador:	e8792a271cb87e8cd28c0e916cf19bef	

13 - Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.000.000.000	05-11-2019	07:20:46.796	Propuesta
		Código Verificador:	f2f33f65840818bcaa8dd4bf62ff13e2	

14 - Equipo de rayos X portatil

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.695.250.000	05-11-2019	07:20:46.911	Propuesta
		Código Verificador:	d36f3bfe33dd7707b9b0ded1370b114	
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	4.434.300.000	05-11-2019	07:20:46.904	Propuesta
		Código Verificador:	0ccc2d86216911cc57e824dc8397be7d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.200.000.000	05-11-2019	12:13:23.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be17a9f33d1f79594baa64a6a8a39038	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.400.000.000	05-11-2019	12:09:18.010	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f5a00c31cf25e7319ae29188ac9c125	
Consorcio Sumi - DNCP-001065	5.475.000.000	05-11-2019	12:08:50.378	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5afa75fcd5e7d6fe4c7976f665bc8c5b	

Listado General de todas las Ofertas

Consorcio Sumi - DNCP-001065	6.000.000.000	05-11-2019	11:51:54.308	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d4ef1388bb092da43cb2a6a1e4e96866	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.348.000.000	05-11-2019	12:02:05.623	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1e37556665f4a53b4b06defb2447c251	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.349.000.000	05-11-2019	11:57:33.955	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9391faa99cafe17c6ccb077ad3448a13	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.350.000.000	05-11-2019	07:20:46.913	Propuesta
		Código Verificador:	2afb5a31a02859fdbbb04c377051086e	
Consorcio Sumi - DNCP-001065	8.100.000.000	05-11-2019	07:20:46.910	Propuesta
		Código Verificador:	c888f391dd486cb3521441c146dce88	

15 - Carro de paro

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	79.000.000	05-11-2019	07:20:46.966	Propuesta
		Código Verificador:	c462599048a700c11e4ef4a126bfddd	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	100.000.000	05-11-2019	07:20:46.967	Propuesta
		Código Verificador:	3266339fc78435892d794481a3b5e88f	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
1 - Ventilador pulmonar de alta complejidad

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	3.250.000.000
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	3.350.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	3.490.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.070.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	5.700.000.000

2 - Cama electrica para paciente

Oferente	Mejor Precio
CODEX S.R.L. - 80000173-7	585.000.000
V & V S.A - 80038216-1	600.000.000
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	639.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	640.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	839.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	1.780.000.000

3 - Servocuna

Oferente	Mejor Precio
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	856.000.000
V & V S.A - 80038216-1	880.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	939.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	998.000.000

4 - Incubadoras

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	1.470.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.505.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.800.000.000

5 - Monitor multiparametrico

Oferente	Mejor Precio
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	2.610.000.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.627.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.838.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.840.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.470.000.000
V & V S.A - 80038216-1	4.000.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

6 - Bomba de infusion a jeringa

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	1.125.000.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.148.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.160.000.000
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	1.837.000.000
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	2.750.000.000

7 - Aspirador de secreciones

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	130.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	970.000.000

8 - Ecografo

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	498.000.000
DEZETA S.A - 80019208-7	510.000.000

9 - Electrocardiografo

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	120.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	154.000.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	181.500.000

10 - Desfibrilador

Oferente	Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	390.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	400.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	474.499.000
V & V S.A - 80038216-1	475.000.000

11 - Ventilador pulmonar de alta complejidad

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	167.490.000

12 - Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.000.000.000

13 - Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.000.000.000

14 - Equipo de rayos X portatil

Oferente	Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.695.250.000
Consorcio Soluciones Hospitalares - DNCP-001057	4.434.300.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.200.000.000
Consorcio Sumi - DNCP-001065	5.475.000.000

15 - Carro de paro

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	79.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	100.000.000

Items Ganados por Proveedor

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80000173-7 - CODEX S.R.L.

Item	Precio Ganador
2 - Cama electrica para paciente	585.000.000

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item	Precio Ganador
8 - Ecografo	498.000.000

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
12 - Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo	2.000.000.000
13 - Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo	4.000.000.000

Proveedor: 80023913-0 - SOLUMEDIC S.A.

Item	Precio Ganador
10 - Desfibrilador	390.000.000
14 - Equipo de rayos X portatil	3.695.250.000

Proveedor: 80038216-1 - V & V S.A

Item	Precio Ganador
1 - Ventilador pulmonar de alta complejidad	3.250.000.000
4 - Incubadoras	1.470.000.000
6 - Bomba de infusion a jeringa	1.125.000.000
7 - Aspirador de secreciones	130.000.000
9 - Electrocardiografo	120.000.000
11 - Ventilador pulmonar de alta complejidad	167.490.000
15 - Carro de paro	79.000.000

Proveedor: DNCP-001057 - Consorcio Soluciones Hospitalares

Item	Precio Ganador
3 - Servocuna	856.000.000
5 - Monitor multiparametrico	2.610.000.000

Listado de Mensajes

1 - Ventilador pulmonar de alta complejidad

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-11-2019	07:30:30.944
Continuamos con la Subasta.	05-11-2019	07:30:42.612
El mensaje anterior no es válido.	05-11-2019	07:30:51.646
Buenos días, comenzamos la Subasta.	05-11-2019	07:30:59.758
Señores esperamos mejores ofertas.	05-11-2019	07:33:18.944
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	05-11-2019	07:37:33.614
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-11-2019	07:40:19.518
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-11-2019	07:40:21.308
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-11-2019	07:46:21.332
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-11-2019	07:49:22.450
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-11-2019	07:49:22.536

2 - Cama electrica para paciente

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-11-2019	07:50:23.699
Continuamos con la Subasta.	05-11-2019	07:50:28.370
Señores esperamos mejores ofertas.	05-11-2019	07:50:34.992
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	05-11-2019	07:55:50.302
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	05-11-2019	07:55:57.195
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-11-2019	07:56:58.295
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-11-2019	07:57:00.572

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-11-2019	08:03:00.614
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-11-2019	08:06:29.759
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-11-2019	08:06:29.822

3 - Servocuna

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-11-2019	08:07:33.452
Continuamos con la Subasta.	05-11-2019	08:07:39.654
Señores esperamos mejores ofertas.	05-11-2019	08:07:54.402
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-11-2019	08:11:06.079
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-11-2019	08:11:08.710
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-11-2019	08:17:08.743
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-11-2019	08:26:14.804
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-11-2019	08:26:14.925

4 - Incubadoras

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-11-2019	08:27:25.778
Continuamos con la Subasta.	05-11-2019	08:27:30.688
Señores esperamos mejores ofertas.	05-11-2019	08:27:37.838
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	05-11-2019	08:32:34.497
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-11-2019	08:34:31.335
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-11-2019	08:34:33.990
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-11-2019	08:40:34.097
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-11-2019	08:46:49.758
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-11-2019	08:46:49.852

5 - Monitor multiparametrico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-11-2019	08:47:07.854
Continuamos con la Subasta.	05-11-2019	08:47:14.636
Señores esperamos mejores ofertas.	05-11-2019	08:51:20.159
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-11-2019	08:53:25.858
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-11-2019	08:53:29.822
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-11-2019	09:06:53.058
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-11-2019	09:15:24.255
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-11-2019	09:15:24.399

6 - Bomba de infusion a jeringa

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-11-2019	09:15:51.005
Continuamos con la Subasta.	05-11-2019	09:15:57.681
Señores esperamos mejores ofertas.	05-11-2019	09:20:01.109
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-11-2019	09:22:47.067
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-11-2019	09:22:50.612
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-11-2019	09:28:50.684
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-11-2019	09:33:39.082
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-11-2019	09:33:39.288

7 - Aspirador de secreciones

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-11-2019	09:36:27.770
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-11-2019	09:37:35.723
Señores esperamos mejores ofertas.	05-11-2019	09:39:37.784
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-11-2019	09:46:12.096
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-11-2019	09:52:12.158
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-11-2019	09:58:25.590
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-11-2019	09:58:25.733

Listado de Mensajes

8 - Ecografo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-11-2019	09:58:39.211
Continuamos con la Subasta.	05-11-2019	09:58:56.923
Señores esperamos mejores ofertas.	05-11-2019	09:59:50.012
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-11-2019	10:02:11.497
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-11-2019	10:02:14.276
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-11-2019	10:08:14.384
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-11-2019	10:13:59.462
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-11-2019	10:13:59.618

9 - Electrocardiografo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-11-2019	10:14:17.281
Continuamos con la Subasta.	05-11-2019	10:14:27.869
Señores esperamos mejores ofertas.	05-11-2019	10:14:32.826
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-11-2019	10:17:04.169
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-11-2019	10:17:09.128
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-11-2019	10:23:09.226
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-11-2019	10:30:51.258
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-11-2019	10:30:51.662

10 - Desfibrilador

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-11-2019	10:31:13.100
Continuamos con la Subasta.	05-11-2019	10:31:22.246
Señores esperamos mejores ofertas.	05-11-2019	10:31:35.128
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-11-2019	10:35:11.781
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-11-2019	10:35:16.540
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-11-2019	10:44:25.738
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-11-2019	10:47:52.852
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-11-2019	10:47:53.031

11 - Ventilador pulmonar de alta complejidad

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-11-2019	10:50:57.472
Continuamos con la Subasta.	05-11-2019	10:51:02.152
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	05-11-2019	10:55:01.457
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-11-2019	10:58:01.254
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-11-2019	10:58:04.432
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-11-2019	11:04:04.755
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-11-2019	11:13:57.854
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-11-2019	11:14:01.867

12 - Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-11-2019	11:14:21.437
Continuamos con la Subasta.	05-11-2019	11:14:30.881
Señor/a Oferente, baje su precio	05-11-2019	11:14:48.250
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-11-2019	11:15:01.780
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-11-2019	11:15:05.170
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-11-2019	11:21:05.457
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-11-2019	11:28:28.610
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-11-2019	11:28:28.932

13 - Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-11-2019	11:28:41.849
Continuamos con la Subasta.	05-11-2019	11:29:12.488

Listado de Mensajes

Atención pasamos a la etapa de puja.	05-11-2019	11:31:17.724
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-11-2019	11:31:23.468
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-11-2019	11:37:23.528
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-11-2019	11:43:14.692
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-11-2019	11:43:14.812

14 - Equipo de rayos X portatil

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-11-2019	11:44:16.001
Continuamos con la Subasta.	05-11-2019	11:44:39.943
Señores bajen sus precios.	05-11-2019	11:45:12.825
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-11-2019	11:47:39.498
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-11-2019	11:47:42.516
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-11-2019	12:08:05.903
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-11-2019	12:15:32.158
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-11-2019	12:15:32.349

15 - Carro de paro

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-11-2019	12:15:45.967
Continuamos con la Subasta.	05-11-2019	12:15:54.638
Señores esperamos mejores ofertas.	05-11-2019	12:16:06.030
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	05-11-2019	12:17:51.359
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-11-2019	12:18:58.477
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-11-2019	12:19:02.068
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-11-2019	12:25:02.174
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-11-2019	12:29:50.198
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-11-2019	12:29:50.283

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.