

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 384092

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:28 del día 23/9/2020, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 384092 - ADQUISICION DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS - COVID 19 PARA EL MSPBS de la Institución:

Código Verificador: 9e16d42fda00ee9610514feab683b536

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE DICE: "5.6.3 Rango de medición de -50 a 400 mmHg" SOLICITAMOS; amablemente a la convocante ampliar el rango, permitiendo la participación de marcas con equipos que cumplen el siguiente Rango. "Rango de medición de -50 a 300 mmHg" ya que de todas formas el margen de 300 mmHg, ya es extremadamente elevado, o sea una persona no puede llegar a esos limites tan extremos, el margen de -50 a 300 mmHg, abarca y excede ampliamente los rangos utilizados y necesarios por los profesionales de la salud, ocasionando esto que marcas buenas e importantes del mercado puedan quedar injustamente fuera de competencia, e incluso violando los principios de la ley 2051.		27-08-2020	13:08:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.		16-09-2020	10:21:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.1 se solicita Monitor modular, favor solicitamos permitan cotizar Monitor modular o preconfigurado de manera a permitir un mayor número de oferentes. Existen marcas reconocidas de monitores del tipo preconfigurado los cuales cumplen con las prestaciones solicitadas.		27-08-2020	13:45:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		16-09-2020	10:22:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.10 se solicita Tendencia gráficas y numéricas de 168 horas como mínimo de todos los parámetros seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos, favor solicitamos permitan cotizar equipos con Tendencia gráfica y numéricas de 120 horas como mínimo de manera a permitir un mayor número de oferentes. Esta diferencia en horas no implica una variación en la funcionalidad de los equipos.		27-08-2020	13:47:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.		16-09-2020	10:22:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.20 se solicita Peso del equipo menor a 4.5 kilos para su utilización en caso de transporte, favor solicitamos permitan cotizar equipos con Peso del equipo menor o igual a 5 kilos de manera a permitir un mayor número de oferentes. Esta diferencia en el peso no implica una variación en la funcionalidad de los equipos.		27-08-2020	13:49:30

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:22:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.21 se solicita Los monitores deben contar con espacio RACK para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software, favor solicitamos modificar este punto por Los monitores deben contar con espacio o RACK para agregar posteriormente otros cables o módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software de manera a dar lugar a un mayor número de oferentes. Existen marcas reconocidas de monitores que no utilizan RACK para la ampliación de parámetros en sus equipos.	27-08-2020	13:51:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:23:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.1.1 se solicita Despliegue simultáneo de al menos 12 formas de onda favor solicitamos permitan cotizar equipos con Despliegue simultáneo de al menos 7 formas de onda de manera a permitir un mayor número de oferentes. Para la complejidad del equipo solicitado 7 formas de onda de ECG es más que suficiente, teniendo en cuenta que estos equipos sirven para monitorizar a los pacientes y no para diagnóstico.	27-08-2020	13:53:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:23:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.1.2 se solicita Posibilidad de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones favor solicitamos permitan cotizar equipos con Posibilidad de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones de manera a permitir un mayor número de oferentes. Para la complejidad del equipo solicitado 7 formas de onda de ECG es más que suficiente, teniendo en cuenta que estos equipos sirven para monitorizar a los pacientes y no para diagnóstico.	27-08-2020	13:54:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:23:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.2.3 se solicita Índice de pulsatilidad favor solicitamos modificar este punto por OPCIONAL de manera a dar lugar a un número mayor de oferentes.	27-08-2020	13:55:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:24:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.6.3 se solicita Rango de medición de -50 a 400 mmHg favor solicitamos permitan cotizar equipos con Rango de medición de -50 a 300 mmHg de manera a dar lugar a un número mayor de oferentes.	27-08-2020	13:58:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:24:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
• En el punto 7.5 se solicita Un (1) cable troncal y un (1) cable de paciente para ECG de cinco (5) puntas para despliegue simultáneo de las 7 derivaciones y (1) cable de pacientes para ECG de doce (12) puntas para despliegue simultáneo de las 12 derivaciones favor solicitamos modificar este punto por Un (1) cable troncal y un (1) cable de paciente para ECG de cinco (5) puntas para despliegue simultáneo de las 7 derivaciones de manera a dar lugar a un número mayor de oferentes. Para la complejidad del equipo solicitado 7 formas de onda de ECG es más que suficiente, teniendo en cuenta que estos equipos sirven para monitorizar a los pacientes y no para diagnóstico..	27-08-2020	13:59:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:25:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: En el punto 5.2.3 se solicita Índice de pulsatilidad, solicitamos amablemente a la convocante que pueda ser considerado este punto como opcional, ya que va dirigido a una sola marca o bien considerar el punto como "Índice de pulsatilidad o índice de perfusión o función rainbow set"	27-08-2020	16:59:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:25:29
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Multi Pantalla seleccionable ; Pantalla Estándar, Pantalla Tendencia, Pantalla Letra Grande ,Pantala de vista dinámica OxyCRG y Modo Noche. Solicitamos a la convocante considerar "Modo Noche" como opcional, ya que esto no afecta, desde nign punto, el correcto funcionamiento del equipo, no es una funcion técnica ni está relacionado al correcto funcionamiento del equipo, esto es una EETT que solo sirve para dejar fuera algunas marcas y favorecer a otras marcas del mercado, pero no tiene un sustento técnico del porque debería ser considerado como obligatorio. Favor considerar como "OPCIONAL"	27-08-2020	17:09:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:25:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7. Autorización del fabricante: Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente consularizado y legalizada o apostillado, para comercializar el producto ofertado, inscrita en el registro público de comercio. Solicitamos a la Convocante aceptar Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente consularizado y legalizada o apostillado y que para la firma del Contrato, el mismo se encuentre inscripto en el registro publico de comercio. El pedido se funda en la merma de las actividades del registro publico, y por tanto el tramite administrativo se hace lento y muy burocrático, y de continuar así estarían restringiendo la participación de un mayor numero de oferentes.	27-08-2020	17:37:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	16-09-2020	10:26:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante modificar el plazo de entrega de los bienes, es imposible que los mismos sean entregados en 15 días corridos. Esto limita totalmente la participación de los oferentes, beneficiando únicamente a la empresa o las empresas que tuvieron conocimiento anticipado del llamado, o que ya tiene en sus depósitos. El Ministerio ya cuenta con antecedentes en otras licitaciones en la cual han limitado la participación con el plazo de entrega, por ende solicitamos que el mismo sea extendido por lo menos a 90 días corridos, teniendo en cuenta la pandemia por el COVID 19 que afecta todos los países del mundo.	27-08-2020	18:14:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	16-09-2020	10:26:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente que se puedan incluir facturaciones del año 2020 o en todo caso que se incluir facturaciones de los últimos 5 años con un mínimo del 25%, esto es muy importante ya que con esto se podrá dar mayor participación a nuevas y pequeñas empresas del sector biomedico. Además, con esto se podrá incentivar el sector que actualmente se encuentra con muchos problemas y así evitar que solo sean beneficiados las empresas tradicionales del área.	27-08-2020	20:43:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	16-09-2020	10:27:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.20 donde dice Peso del equipo menor a 4.5 kilos para su utilización en caso de transporte solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con peso de 7 kg como máximo, puesto que este peso no limita la posibilidad de transportar el monitor.	27-08-2020	20:44:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:27:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.21 donde dice Los monitores deben contar con espacio RACK para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software solicitamos amablemente a la convocante que se permita cotizar equipos con capacidad de agregar a futuro RACK sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni en el software, esto debido a que en primer lugar encarece de manera innecesaria el precio del equipo teniendo en cuenta que en las especificaciones técnicas NO solicitan ningún modulo y no tiene sentido gastar dinero en un RACK que no se va a utilizar de manera inmediata, mas se suma la poca disponibilidad de los fabricantes de equipos sobre diversas piezas y accesorios debido a la pandemia del COVID-19, que también incrementa el precio de insumos y accesorios, que nuevamente no tiene sentido gastar en un elemento que no será utilizado de manera inmediata. Por este motivo solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Los monitores deben tener la posibilidad de instalar a futuro RACK para agregar otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software	27-08-2020	20:45:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:28:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 5.1.1 donde dice Despliegue simultaneo de al menos 12 formas de onda y el ítem 5.1.2 donde dice Posibilidad de despliegue simultaneo de hasta 12 derivaciones solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con al menos 7 derivaciones y formas de onda, esta es una configuración típica de monitoreo. El despliegue de al menos 12 formas de onda es una configuración opcional en la mayoría de los fabricantes y debido a la alta demanda de monitores en el mercado global, esto generará una demora en la fabricación de los monitores que hará imposible el cumplimiento del plazo de entrega solicitado en la presente licitación.	27-08-2020	20:45:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:28:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.3.3 donde dice Rango de medición de 0 a 150 RPM solicitamos amablemente a la convocante permitan cotizar equipos desde 3 a 150 RPM y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, y por otro lado se ajusta a un rango de operación fisiológico y no altera de ninguna manera las prestaciones del monitoreo de respiración.	27-08-2020	20:46:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:29:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.4.3 donde dice Rango de medición de 0 a 50 °C solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con el rango de 25 a 45°C, que es mas que suficiente el rango para la medición de la temperatura corporal, vemos difícil que el cuerpo humano mida 0°C y mucho menos 50° C., por este motivo nuestra solicita de ajustar el rango de temperatura a un valor de operación fisiológica y que no altera en absoluto el monitoreo de la temperatura.	27-08-2020	20:46:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:29:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.6.3 donde dice Rango de medición de -50 a 400 mmHg solicitamos amablemente a la convocante que permita cotizar equipos de rango de medición de hasta 360 mmHg, este valor no afectaría la medición de la presión invasiva debido a que un paciente no alcanzaría los 360 mmHg.	27-08-2020	20:47:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:30:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.5 donde dice Un (1) cable troncal y un (1) cable de paciente para ECG de cinco (5) puntas para despliegue simultáneo de las 7 derivaciones y (1) cable de paciente para ECG de doce (12) puntas para despliegue simultáneo de las 12 derivaciones solicitamos amablemente, en contexto con la consulta número 3, realizada anteriormente, que el cable de paciente para ECG de doce (12) puntas sea opcional. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: Un (1) cable troncal y un (1) cable de paciente para ECG de cinco (5) puntas para despliegue simultáneo de las 7 derivaciones y OPCIONAL: (1) cable de paciente para ECG de doce (12) puntas para despliegue simultáneo de las 12 derivaciones.	27-08-2020	20:47:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:31:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Rango de medición de -50 a 400 mmHg, SOLICITAMOS amablemente que se modifique el rango de medición de -50 a 300 mmHg, ya que este rango es estándar en todas las marcas, la modificación del limite superior no representa un cambio radical en el funcionamiento del equipo. Esto permitirá que se puedan ofertar mejores equipos y mas económicos, lo que dotaría al Ministerio la posibilidad de tener mas opciones con mejores precios, lo cual beneficiaría a la institución	27-08-2020	20:57:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:31:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Monitor modular, favor solicitamos a la Convocante aceptar Monitor modular o preconfigurado de manera a permitir un mayor número de oferentes, conforme a los principios consagrados en la Ley N° 2051/03	27-08-2020	21:04:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	16-09-2020	10:31:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

4.5 Multi Pantalla seleccionable ; Pantalla Estándar, Pantalla Tendencia, Pantalla Letra Grande ,Pantala de vista dinámica OxyCRG y Modo Noche. Solicitamos considerar "Modo Noche" como opcional, ya que no tiene un fundamento técnico del porque debería ser considerado como requisito exigido. Favor considerar como "OPCIONAL"	27-08-2020	21:05:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:32:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante aceptar Constancia de estar en tramite el Registro Sanitario, en caso de que el mismo sea una nueva marca para la empresa, teniendo en cuenta la merma y el sistema de trabajo establecido debido a la pandemia COVID 19 en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. El pedido se funda por los motivos expuestos, ya que tenemos como ejemplo otros llamados del Ministerio y de la propia Dirección Nacional de Contrataciones en el Convenio Marco para contingencia del COVID 19	27-08-2020	21:10:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	16-09-2020	10:32:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Multi Pantalla seleccionable; Pantalla Estándar, Pantalla Tendencia, Pantalla Letra Grande, Pantalla de vista dinámica OxyCRG y Modo Noche. SOLICITAMOS que el MODO NOCHE sea eliminado, ya que no consiste en un parámetro o modo estándar o normalizado, y tampoco no se describe en que consiste dicho modo. Además, este modo no repercute en el funcionamiento del equipo, y no agrega ningún beneficio al paciente y a las mediciones de los valores, solo da ventaja competitiva a una empresa determinada, ya que hace referencia a una opción específica de una marca.	27-08-2020	22:20:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:33:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Índice de pulsatilidad. SOLICITAMOS amablemente que este parámetro sea eliminado o en todo caso que sea opcional, ya que el mismo no pertenece a los valores medidos normalizados para este tipo de equipo. Además, la única manera precisa de medir o calcular el índice es solo utilizando un ecografo.	27-08-2020	22:37:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:33:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Tanto para el punto 14 de los DATOS DE LICITACIÓN como para lo solicitado en el punto 9- Capacidad Técnica de los Requisitos Documentales, donde solicitan AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE, pedimos amablemente que acepten como mínimo la presentación de la COPIA SIMPLE del FORMULARIO NRO.1 AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE debidamente autenticado por escribanía. Esto lo solicitamos considerando que muchos fabricantes actualizan sus modelos de dispositivos médicos cada año, ofreciendo mejoras sustanciales, pero que los tiempos de registro de productos (entre legalizaciones, apostillados y autenticaciones) en tiempo de pandemia son aún más lentos y no permitirán el libre concurso de todos los proveedores del mercado. Modificando éste punto según lo solicitado, se logrará una mayor participación así como también el concurso de las últimas tecnologías disponibles con las mejores prestaciones posibles.	27-08-2020	23:22:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	16-09-2020	10:34:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante, ampliar el plazo de entrega de los bienes a 60 días a partir de la firma del contrato. Esto debido a la importante cantidad solicitada que difícilmente un fabricante tenga disponible para envío inmediato. Y si lo tuviera, el flete internacional también significará un retraso importante. Esto permitirá la participación de una mayor cantidad de oferentes.	27-08-2020	23:23:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	16-09-2020	10:34:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
onde dice: DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 12 FORMAS DE ONDA, solicitamos amablemente a la convocante que solicite un mínimo de 5 formas de ondas simultáneas en pantalla para así poder permitir mayor participación de oferentes con productos con muy buena relación costo beneficio. Mayor número de formas de onda en pantalla sólo se encuentra en dispositivos de diagnóstico ECG y no en monitores multiparamétricos, salvo contadas excepciones	27-08-2020	23:23:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:34:44
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: POSIBILIDAD DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES, solicitamos amablemente a la convocante que permita la participación de productos con 5 derivaciones en pantalla como mínimo. Es lo que se requiere en monitores multiparamétricos para monitoreo de pacientes. En el mercado se encuentra un solo fabricante que despliega 12 derivaciones en forma simultánea. Si no modifican éste punto solicitado, parecería que la licitación se encuentra direccionada a este fabricante. Agradeceríamos que la solicitud sea: POSIBILIDAD DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 5 DERIVACIONES O MÁS.	27-08-2020	23:24:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:35:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan entre otros: (12) PUNTAS PARA DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE LAS 12 DORIVACIONES, pedimos amablemente que el punto sea OPCIONAL, ya que sólo un fabricante posee ésta característica. De otro modo, la licitación parecería estar direccionada a un solo fabricante. Ese tipo de puntas sólo se encuentra en electrocardiógrafos, que son equipos de diagnóstico.	27-08-2020	23:25:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:35:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.6.3 Rango de medición de -50 a 400 Solicitamos considerar, Rango de medición de -50 a 350 mmHg, el margen puesto a consideración, abarca y excede ampliamente los rangos utilizados y necesarios por los profesionales de la salud, ya que fisiológicamente es improbable alcanzar parametros tan elevados, permitiendo así participación de mayor de oferentes	28-08-2020	06:24:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:35:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5 Multi Pantalla seleccionable ; Pantalla Estándar, Pantalla Tendencia, Pantalla Letra Grande ,Pantala de vista dinámica OxyCRG y Modo Noche. Solicitamos considerar "Modo Noche" como opcional, que no tiene un fundamento del porque debería ser considerado como obligatorio. Favor considerar como "OPCIONAL"	28-08-2020	06:25:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 03.	16-09-2020	10:35:58

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508006314	Póliza	Patria S.A. de Seguros y Reaseguros	21-09-2020	22-09-2020	10-04-2021
Oferente: LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4					
Oferente: LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508017192	Póliza	ASEPASA	22-09-2020	22-09-2020	21-03-2021
Oferente: CASA BOLLER S.A. - RUC: 80001556-8					
Oferente: CASA BOLLER S.A. - RUC: 80001556-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508011678	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A CIA. DE SEGUROS GENERALES	22-09-2020	22-09-2020	22-04-2021

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: INFOTEC SA - RUC: 80021897-3		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4	
28.1508005032.0000	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	22-09-2020	22-09-2020	10-04-2021

Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5	
1508003717	Póliza	Royal Seguros S.A.	22-09-2020	23-09-2020	02-03-2021

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42181904-002	Monitor multiparametrico					100
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	Philips	Philips Medical Systems	Efficia CM150	Alemania	Monitor Multiparamétrico	52.450.000	5.245.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	BISTOS	BISTOS	BT-770	COREA		30.000.000	3.000.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	DRÄGER	DRÄGER	VISTA 120 S	ALEMANIA	Monitor multiparametrico	41.900.000	4.190.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	SINOHERO	Sino-Hero (Shenzhen)Bio-Medical Electronics Co.,Ltd.	IS12	CHINA	Monitor multiparametrico	42.873.600	4.287.360.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	Heal Force	Heal Force	IMD 12	China	Monitor Multiparamétrico.	34.966.100	3.496.610.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Monitor multiparametrico				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.375.000.000	23-09-2020	08:27:00.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f802d52bfd6790afe0ff21fd281aa261	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.380.000.000	23-09-2020	08:26:42.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed17ffebb4ffa74fb88db2dd46a827fc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.415.000.000	23-09-2020	08:26:11.366	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1e55cba54ae4cc4f1d16974711dda5b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.434.000.000	23-09-2020	08:26:06.054	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c9a30b073cb79b30ff79654342bfe61	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.435.000.000	23-09-2020	08:25:40.657	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c54c19ba3ebb975b39017cd8037a5dc9	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	2.451.000.000	23-09-2020	08:25:47.001	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bae54d3c6af91ce9f764eaa93d15b110	

Listado General de todas las Ofertas

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	2.454.000.000	23-09-2020	08:25:27.774	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab6ae8978732bcfce30a676bb301709	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.460.000.000	23-09-2020	08:25:25.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7b2f5dc128ffdc93c00c1663f3653a6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.470.000.000	23-09-2020	08:25:20.860	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	232699ce100239847e8def5a0f8c4401	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	2.477.000.000	23-09-2020	08:25:21.581	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d7aabf186373bd091b3bd9847722fbd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.490.000.000	23-09-2020	08:25:08.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80d3197680859a16ed4f58f0e85b060c	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	2.490.000.000	23-09-2020	08:25:10.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccee36bc17f5ef216723c4069e80033	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.500.000.000	23-09-2020	08:24:58.825	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c40ed9aea04aea3f1e3fb30206d1a7eb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.520.000.000	23-09-2020	08:24:54.344	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffeccf9eee53547204926e07591f94d6	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	2.529.000.000	23-09-2020	08:24:47.575	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69d3b93f025c56be5ca3248b65240419	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.540.000.000	23-09-2020	08:24:35.296	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12cf8f7390e2fb7b63654f6898742c34	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.540.000.000	23-09-2020	08:24:49.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53e04d158072b5f0b5e400c5e853c2f5	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	2.555.000.000	23-09-2020	08:24:28.180	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e19d126d15998ef06181d4d2a8744ca6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.560.000.000	23-09-2020	08:24:16.561	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef73b809e8dcaf236290548edcb9fa2	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.570.000.000	23-09-2020	08:24:03.878	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	751cdf6ddbd2fb3ce806904b3730f073	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	2.581.000.000	23-09-2020	08:24:11.000	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ffacdb1caaea68ca00e982a38ee8a04	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.590.000.000	23-09-2020	08:23:53.005	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93f7e2e0815f01de789d6171ea1df45e	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	2.610.000.000	23-09-2020	08:23:42.598	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da5b6a0c4d1020965977cb073f1fe50c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.620.000.000	23-09-2020	08:23:27.627	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbf3b91b5d7bceb2d04d81500453c734	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.620.000.000	23-09-2020	08:23:28.756	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3bf408f02fe91dcedf8284f72d03bf2	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	2.633.000.000	23-09-2020	08:22:35.962	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	351977382984dc0bae6eb5b3c92818c6	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.850.000.000	23-09-2020	08:22:21.237	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc576a66caea07a65fc480e8ed3804df	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	2.960.000.000	23-09-2020	08:22:25.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ddd979c9e2aa6a01259d471acc31bb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.964.000.000	23-09-2020	08:21:28.095	Etapa de Puja
		Código Verificador:	de0abf42aba437ee9868d8b5868a44b5	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.965.000.000	23-09-2020	08:20:16.916	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c82e272c9b3befb85f2c6473c6a3e720	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.969.000.000	23-09-2020	08:18:46.751	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9315cade70b048243fffa8bbf76032f0	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	2.970.000.000	23-09-2020	08:16:10.570	Etapa de Puja
		Código Verificador:	589c1929dda745f427f290f1d148de00	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.971.000.000	23-09-2020	08:15:32.764	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b9af252f69fcbbee0d94519e8105e546	

Listado General de todas las Ofertas

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	2.972.000.000	23-09-2020	08:10:02.983	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9f230c67f5579a970acd4e90b8caf426	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.000.000.000	23-09-2020	07:50:45.687	Propuesta
		Código Verificador:	0fdafe2fde0b4af95d5058c355129f77	
INFOTEC SA - 80021897-3	3.340.000.000	23-09-2020	08:23:10.942	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c9adc85ff7fb3f7903edd4b9209812c	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.350.000.000	23-09-2020	08:22:55.746	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32b9960a7a49cd0ec714f60621a2e8a9	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	3.496.610.000	23-09-2020	07:50:45.684	Propuesta
		Código Verificador:	53301c13412a81015b8827761e1fca7b	
INFOTEC SA - 80021897-3	3.995.000.000	23-09-2020	08:22:26.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e579c99490ea0ff67231234514039ea	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.190.000.000	23-09-2020	07:50:45.680	Propuesta
		Código Verificador:	b4eb5b56a7eaba25ca92450f310ccea	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.287.360.000	23-09-2020	07:50:45.683	Propuesta
		Código Verificador:	2896b8517f4a89ff032e6189335fa3ae	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.245.000.000	23-09-2020	07:50:45.685	Propuesta
		Código Verificador:	8a281466d5132cc21d2b608a50a320f2	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Monitor multiparametrico

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.375.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.380.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	2.451.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	3.340.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.350.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
1 - Monitor multiparametrico	2.375.000.000

Listado de Mensajes

1 - Monitor multiparametrico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-09-2020	08:00:09.312
Buenos días, comenzamos la Subasta.	23-09-2020	08:00:22.028
Señores esperamos mejores ofertas.	23-09-2020	08:00:33.160
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	23-09-2020	08:02:19.857
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-09-2020	08:04:40.343
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-09-2020	08:04:45.046
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-09-2020	08:22:10.701
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-09-2020	08:28:28.712
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-09-2020	08:28:28.868

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.