

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 388466

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:09 del día 21/2/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 388466 - LPN 07/2021 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA FORTALECER Y AMPLIAR LA COBERTURA DE ESTUDIOS CARDIOVASCULARES de la Institución:

Código Verificador: 5cff6678d27874639b1bead6c2d279e9

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 5 (cinco) días hábiles, después de recibir la notificación por escrito. La Contratante rechazará los bienes que no pasen las inspecciones. El proveedor tendrá que reemplazar dichos bienes o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con el servicio contratado, sin ningún costo para la Contratante. Solicitamos a la convocante extender a 15 días hábiles, considerando el tiempo que conlleva el proceso de importación del bien a reemplazar.	13-09-2021	14:52:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:01:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en PROVISIÓN DE EQUIPOS/DISPOSITIVOS MÉDICOS, con facturaciones de venta y/o contratos ejecutados por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto ofertado en la presente licitación, "en cualquiera" de los siguientes años: 2018 - 2019 - 2020.. Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia: El PBC establece: Copias de Contratos ejecutados finalizados, y/o facturaciones que avalen la experiencia en provisión de Reactivos en los Ejercicios Fiscales de los años 2018 2019 - 2020. Se solicita a la Convocante modificar lo requerido en el siguiente tenor: Copias de Contratos ejecutados finalizados, y/o facturaciones que avalen la experiencia en provisión de Dispositivos Médicos / Equipos Médicos "en cualquiera" de los siguientes años: 2018 - 2019 - 2020.. Pues este requisito, no corresponde a Reactivos y en cuanto a los años sea concordante lo solicitado como requisito de capacidad técnica y la documentación que la acredita.	13-09-2021	14:54:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:01:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica establecida en el PBC; Se solicita a la Convocante, requerir a los potenciales oferentes la presentación de los siguientes documentos amparados en la Ley 4659/12 - Resolución -SG- Nº 669/16: • Autorización de Apertura y Funcionamiento de la empresa expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSP y BS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos. • Autorización de Apertura y Funcionamiento de la empresa expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor y Servicio de Mantenimiento de dispositivos médicos. • Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado o en su defecto el expediente en trámite de emisión, para las Empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS. • Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS . Lo solicitado obedece a dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas.	13-09-2021	14:56:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:02:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC en su punto 6. Establece: Listado de Personal Técnico, con documentación que acredite estar capacitado y habilitado por el fabricante a realizar servicio técnico a la marca de los equipos y/o dispositivos ofertados. Para el ítem 8- Desfibrilador: Se solicita a la Convocante que el listado de técnicos no limite a certificaciones del fabricante considerando que se trata de un Equipo de Prestaciones Sencillas en cuanto a Servicios, y que esta puede ser realizada por Ingenieros Biomédicos.- En ese sentido se sugiere a la Convocante que modifique el requisito en los siguientes términos: Listado de personal técnico para realizar servicios de los equipos y/o dispositivos ofertados para el ítem 8, que cuanto menos uno sea Ing. Biomédico o similar	13-09-2021	14:58:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	11:03:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pbc establece: Se deberá entregar 1 par de electrodos para adultos (De al menos cinco años de vida útil) y 1 par de electrodos pediátricos. Las recomendaciones técnicas de los parches distribuidos por nuestra empresa son de 2 años a fin de garantizar la efectividad del accesorio. Se consulta si es viable reducir a 2 años la garantía de los parches (de manera que se otorgue mayor participación a oferentes) y/o si los accesorios podrían ser reemplazados (incluido en el presupuesto) posterior a los 2 años iniciales.	13-09-2021	15:06:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:03:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC solicita: "Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de al menos 3 niveles crecientes de energía." En el caso de nuestro equipo, cuenta con dos modalidades principales de energías de descarga. Tanto para pacientes adultos como pediátricos. Se consulta si lo requerido hace referencia a los señalado o bien se ruega aclaración de lo requerido.	13-09-2021	15:07:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:03:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC solicita: "Batería no recargable con autonomía de al menos 5 años o más de 250 shocks continuos o alternados. (Se valorara que las baterías puedan ser adquiridas localmente y puedan ser reemplazadas por el usuario)". Se consulta si el equipo puede contar con capacidad de 180 shocks continuos. Cabe destacar que la batería puede ser reemplazable fácilmente y es provista por nuestra empresa (representante de la marca)	13-09-2021	15:09:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:03:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC solicita: "Garantía de al menos 7 (siete) años desde la fecha de recepción definitiva de los equipos." Se solicita que la garantía del equipo sea de 5 años, pues la standard de fábrica.	13-09-2021	15:10:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:04:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC solicita: "El software del equipo deberá incluir al menos 3 (tres) modos diferentes de guiar al rescatista para práctica efectiva de RCP" Se consulta a qué se refiere con 3 modos de guiar al rescatista	13-09-2021	15:11:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:04:20
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pbc establece: "Accesorios para Capacitación: DEA para training cantidad 5 (cinco), torsos para practica de maniobras de RCP cantidad 5 (cinco). En carácter de accesorio se solicitan 5 equipos DEA de entrenamiento + 5 maniqués de entrenamiento." Se consulta si se precisan 5 unidades de cada equipo por cada DEA de procedimiento, es decir, 50 equipos DEA de entrenamiento y 50 maniqués (ya que se requieren 10 equipos DEA de procedimiento). O bien 5 DEA de procedimiento y 5 equipos de entrenamiento (DEA trainee + maniquí) o debieran ser 10 equipos DEA de procedimiento + 10 DEA Trainee + 10 maniqués. Cabe destacar así mismo que el precio referencial señalado (PYG 18.175.000) no condice con los valores de mercado para el conjunto requerido considerando que los valores aproximados de mercado son: • DEA de procedimiento (x1): 2000 USD (PYG 14.000.000) • DEA Trainee + Maniquí de entrenamiento (x1 juego): 2000 USD (PYG 14.000.000) Totalizando alrededor de PYG 28.000.000. Si a su vez se requiere, por ejemplo: 1 DEA de procedimiento + 1 DEA Trainee + 1 Maniquí, la oferta individual superaría ampliamente el precio referencia y la diferencia podría ser aún mayor dependiendo de la aclaración requerida previamente.	13-09-2021	15:13:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:04:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pbc establece: "Accesorios para Capacitación: DEA para training cantidad 5 (cinco), torsos para practica de maniobras de RCP cantidad 5 (cinco). En carácter de accesorio se solicitan 5 equipos DEA de entrenamiento + 5 maniqués de entrenamiento." Se consulta si se precisan 5 unidades de cada equipo por cada DEA de procedimiento, es decir, 50 equipos DEA de entrenamiento y 50 maniqués (ya que se requieren 10 equipos DEA de procedimiento) o debieran ser 10 equipos DEA de procedimiento + 10 DEA Trainee + 10 maniqués. Cabe destacar así mismo que el precio referencial señalado (PYG 18.175.000) no condice con los valores de mercado para el conjunto requerido considerando que los valores aproximados de mercado son: • DEA de procedimiento (x1): 2000 USD (PYG 14.000.000) • DEA Trainee + Maniquí de entrenamiento (x1 juego): 2000 USD (PYG 14.000.000) Totalizando alrededor de PYG 28.000.000. Si a su vez se requiere, por ejemplo: 1 DEA de procedimiento + 1 DEA Trainee + 1 Maniquí, la oferta individual superaría ampliamente el precio referencia y la diferencia podría ser aún mayor dependiendo de la aclaración requerida previamente.	13-09-2021	15:14:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:07:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC no establece el pago en concepto de Anticipo. Considerando el alcance de esta Licitación y en atención a los costos de los equipos licitados, solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03 y de acuerdo a lo establecido en la Ley Art. 171 de la Ley de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio año 2021 N° 6672/2020.-	13-09-2021	15:15:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	11:08:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se menciona en el PBC al Acta de Recepción Definitiva como documento de cumplimiento para la solicitud del pago. Solicitamos a la convocante establecer quienes son los responsables de la emisión y suscripción del Acta de Recepción Definitiva, además solicitamos que dicho documento sea emitido al momento de la entrega del bien.	13-09-2021	15:19:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:08:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto porcentaje de multas menciona que: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de 0,01% Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de multa por cada día de atraso en la entrega de bienes adjudicados sea de 0,001%. Pedimos equidad y que el porcentaje sea el mismo al que es aplicado como se indica en el punto Tasa de Interés por mora: En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: se aplicará es del 0,001 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo.	13-09-2021	15:20:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	11:08:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pbc establece: Se deberá entregar 1 par de electrodos para adultos (De al menos cinco años de vida útil) y 1 par de electrodos pediátricos. Las recomendaciones técnicas de los parches distribuidos por nuestra empresa son de 2 años a fin de garantizar la efectividad del accesorio. Se consulta si es viable reducir a 2 años la garantía de los parches (de manera que se otorgue mayor participación a oferentes) y/o si los accesorios podrían ser reemplazados (incluido en el presupuesto) posterior a los 2 años iniciales. .	13-09-2021	15:47:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:09:10
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC solicita: "Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de al menos 3 niveles crecientes de energía." En el caso de nuestro equipo, cuenta con dos modalidades principales de energías de descarga. Tanto para pacientes adultos como pediátricos. Se consulta si lo requerido hace referencia a los señalado o bien se ruega aclaración de lo requerido. .	13-09-2021	15:48:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:09:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC solicita: "Batería no recargable con autonomía de al menos 5 años o más de 250 shocks continuos o alternados. (Se valorara que las baterías puedan ser adquiridas localmente y puedan ser reemplazadas por el usuario)". Se consulta si el equipo puede contar con capacidad de 180 shocks continuos. Cabe destacar que la batería puede ser reemplazable fácilmente y es provista por nuestra empresa (representante de la marca) .	13-09-2021	15:51:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:09:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC solicita: "Garantía de al menos 7 (siete) años desde la fecha de recepción definitiva de los equipos." Se solicita que la garantía del equipo sea de 5 años, pues la standard de fábrica. .	13-09-2021	15:52:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:09:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC solicita: "El software del equipo deberá incluir al menos 3 (tres) modos diferentes de guiar al rescatista para práctica efectiva de RCP" Se consulta a qué se refiere con 3 modos de guiar al rescatista .	13-09-2021	15:53:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:10:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pbc establece: "Accesorios para Capacitación: DEA para training cantidad 5 (cinco), torsos para practica de maniobras de RCP cantidad 5 (cinco). En carácter de accesorio se solicitan 5 equipos DEA de entrenamiento + 5 maniqués de entrenamiento. " Se consulta si se precisan 5 unidades de cada equipo por cada DEA de procedimiento, es decir, 50 equipos DEA de entrenamiento y 50 maniqués (ya que se requieren 10 equipos DEA de procedimiento). O bien 5 DEA de procedimiento y 5 equipos de entrenamiento (DEA trainee + maniqué) o debieran ser 10 equipos DEA de procedimiento + 10 DEA Trainee + 10 maniqués. Cabe destacar así mismo que el precio referencial señalado (PYG 18.175.000) no condice con los valores de mercado para el conjunto requerido considerando que los valores aproximados de mercado son: • DEA de procedimiento (x1): 2000 USD (PYG 14.000.000) • DEA Trainee + Maniqué de entrenamiento (x1 juego): 2000 USD (PYG 14.000.000) Totalizando alrededor de PYG 28.000.000. Si a su vez se requiere, por ejemplo: 1 DEA de procedimiento + 1 DEA Trainee + 1 Maniqué, la oferta individual superaría ampliamente el precio referencia y la diferencia podría ser aún mayor dependiendo de la aclaración requerida previamente	13-09-2021	15:55:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:10:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 3 SISTEMA DE MINITORIZACION -PRESION ARTERIAL MAPA En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Almacenar hasta 1000 mediciones. Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Almacenar 300 mediciones como mínimo"	13-09-2021	16:51:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:11:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 3 SISTEMA DE MINITORIZACION -PRESION ARTERIAL MAPA En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Almacenar hasta 1000 mediciones. Respetuosamente solicitamos que la Convocante aclare lo siguiente: al decir "hasta 1000 mediciones" ¿en equipo que tenga 200 mediciones ya cumple con lo solicitado?"	13-09-2021	16:55:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:11:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Item 3 SISTEMA DE MINITORIZACION -PRESION ARTERIAL MAPA En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Almacenar hasta 1000 mediciones. Respetuosamente solicitamos que la Convocante aclare lo siguiente: al decir "hasta 1000 mediciones" ¿Se pueden almacenar en la Computadora Personal estas 1000 mediciones ? En la PC es casi ilimitada el almacenamiento de mediciones.	13-09-2021	16:57:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:11:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Esfigmomanometro En una parte de las especificaciones técnicas dice: 90 memorias con fecha y hora como mínimo. Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: 30 memorias como mínimo.	13-09-2021	17:08:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:18:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Esfigmomanometro En una parte de las especificaciones técnicas dice: 90 memorias con fecha y hora como mínimo. Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: 30 memorias por cada usuario (se alcanza 60 memorias con dos usuarios) como mínimo.	13-09-2021	17:08:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:19:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Esfigmomanometro En una parte de las especificaciones técnicas dice: 90 memorias con fecha y hora como mínimo. Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: 90 memorias con como mínimo (sin fecha y hora).	13-09-2021	17:08:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:19:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Esfigmomanometro En una parte de las especificaciones técnicas dice: Indicador de arritmias. Respetuosamente solicitamos declarar como Opcional este indicador.	13-09-2021	17:09:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	11:19:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Esfigmomanometro En una parte de las especificaciones técnicas dice: Indicación de hipertensión mediante barra gráfica. Respetuosamente solicitamos declarar como Opcional esta indicación.	13-09-2021	17:09:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	11:20:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Esfigmomanometro En una parte de las especificaciones técnicas dice: Sistema de comprobación dual. Respetuosamente solicitamos declarar como Opcional esta comprobación dual.	13-09-2021	17:09:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	11:20:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Esfigmomanometro En una parte de las especificaciones técnicas dice: opcional hasta 90 memorias con fecha y hora. Respetuosamente solicitamos que la Convocante aclare lo siguiente: En esta parte se declara Opcional, sin embargo en otra parte no lo define como Opcional ¿Es o no opcional la función de Memoria: opcional hasta 90 memorias con fecha y hora?	13-09-2021	17:15:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:20:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER En una parte de las especificaciones técnicas dice: Filtros digitales para supresión de interferencias por ruidos externos y de corriente. Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Filtros digitales para supresión de interferencias por ruidos externos y de corriente. (opcional)"	13-09-2021	17:39:03

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:21:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER En una parte de las especificaciones técnicas dice: Análisis simultáneo del segmento ST en los tres canales (depresión, elevación y pendiente). Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Análisis del Segmento ST o más"	13-09-2021	17:39:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	11:22:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER En una parte de las especificaciones técnicas dice: Análisis de QT y QTC. Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Análisis de QT o más"	13-09-2021	17:40:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	11:22:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER En una parte de las especificaciones técnicas dice: Tablas de bradicardia/pausas y análisis ST. Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Tablas de bradicardia/pausas y análisis ST (opcional)	13-09-2021	17:40:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:22:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER En una parte de las especificaciones técnicas dice: Posibilidad de imprimir eventos de larga duración (más de 7 seg.). Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Posibilidad de imprimir eventos de larga duración (más de 7 seg.). (opcional)	13-09-2021	17:40:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:22:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER En una parte de las especificaciones técnicas dice: Trazado electrocardiográfico comprimido de 20 o 30 minutos por hoja. Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Trazado electrocardiográfico comprimido de 20 o 30 minutos por hoja. (opcional)	13-09-2021	17:41:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	11:23:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER En una parte de las especificaciones técnicas dice: Hoja de trazados estándar a 25mm/seg. con grilla milimetrada. Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Hoja de trazados estándar a 25mm/seg. con grilla milimetrada. (opcional)	13-09-2021	17:41:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	11:23:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER En una parte de las especificaciones técnicas dice: Cuadro de tendencias y/o histogramas durante 24/48hs. Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Cuadro de tendencias y/o histogramas durante 24/48hs. (opcional)	13-09-2021	17:41:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	11:23:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Debe ser operador por una batería tipo AA Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el tipo de batería a 2AAA ya que de igual manera cumplirá con el funcionamiento de equipo solicitado.	13-09-2021	17:47:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:24:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Informe final en formato abierto PDF, XML, TIFF o DICOM® que puede enviarse por correo electrónico o mediante la red para facilitar su revisión o impresión. Solicitamos a la convocante que cumpla con DICOM y al menos dos de ellas.	13-09-2021	17:48:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	11:24:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Solicitan: 01 Un transformador de aislación, favor indicar que capacidad debe tener el transformador solicitado.	13-09-2021	17:49:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	14:59:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: El equipo debe servir tanto para pacientes adulto, adolescentes y pediátrico. Las cintas caminadoras en ningún fabricante son para uso pediátrico, generalmente para este alcance se sugiere un cicloergómetro, Favor aclarar este punto.	13-09-2021	17:49:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a que el sistema o software puede ser utilizado para diagnostico tanto en pacientes adultos como pediátricos.-	30-09-2021	15:01:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan normas ISO, solicitamos puedan incluir la ISO 13486:2016 para mayor participación de oferentes.	13-09-2021	17:50:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:02:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Sobreimposición a 120X la velocidad normal. Solicitamos permitan el análisis de software a velocidad normal.	13-09-2021	17:53:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:02:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Análisis de Variabilidad de Frecuencia Cardíaca en el dominio del Tiempo y de la Frecuencia. Solicitamos a la Convocante que puedan modificar este punto a el Análisis de Variabilidad de Frecuencia Cardíaca en el dominio de la Frecuencia.	13-09-2021	17:59:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:02:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Análisis de intervalo P-R. Solicitamos a la convocante que este punto sea opcional, para mayor participación de oferentes.	13-09-2021	18:00:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:02:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Software libre de Licencia incluyendo las Actualizaciones. Solicitamos a la convocante aclarar este punto, especificando cuanto tiempo debe ser libre la licencia o explicar a qué se refiere con Libre de licencia incluyendo las actualizaciones.	13-09-2021	18:04:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Que no posea Licencia, ni límite de uso que obligue a comprar licencia cada tanto tiempo.-	30-09-2021	15:04:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: Monitor color 19 LCD Solicitamos modifique la especificación a Monitor color 19 LCD o mayor. Para mayor participación de oferentes.	13-09-2021	18:07:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:04:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Placa madre ASUS, solicitamos a la convocante ampliar a: Placa madre compatible o otra de la mismas características.	13-09-2021	18:09:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:04:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Lector de Memoria tipo SD con entrada USB, solicitamos que este punto sea opcional.	13-09-2021	18:11:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:05:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Almacenamiento de mediciones a través de una memoria SD. Solicitamos a la convocante agregar Almacenamiento de mediciones a través de memoria interna.	13-09-2021	18:14:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:06:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Almacenar hasta 1000 mediciones. Solicitamos amablemente a la convocante, puedan modificar dicho punto a: Almacenar 300 mediciones para comodidad del paciente, ya que no es tolerante ni recomendable esa cantidad de mediciones.	13-09-2021	18:14:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:08:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Grabación en Tarjeta de memoria Secure Digital extraíble para el almacenamiento de las mediciones de la presión arterial. Solicitamos a la convocante Que la grabación sea en memoria interna de estado sólido.	13-09-2021	18:18:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:08:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Lector de Memoria tipo SD con entrada USB, solicitamos que este punto sea opcional.	13-09-2021	18:19:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:08:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Monitor color 19 LCD Solicitamos modifique la especificación a Monitor color 19 LCD o mayor. Para mayor participación de oferentes.	13-09-2021	18:20:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:07:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Placa madre ASUS, solicitamos a la convocante ampliar a: Placa madre compatible o otra de la misma característica.	13-09-2021	18:20:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:07:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: Respuesta de frecuencia 3 dB a 0,01-150 Hz o mejor. Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de 0.05 – 150 Hz o mejor.	13-09-2021	18:21:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:07:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Frecuencia de corte baja 0,01 Hz; 0,02 Hz; 0,16 Hz o 0,32 Hz (limites -3 dB). Solicitamos a la convocante que este punto sea opcional, para mayor participación de oferentes.	13-09-2021	18:23:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:07:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Tiempo de arranque Menos de 7 segundos o menor Solicitamos a la convocante que el Tiempo de arranque Menos sea de 10 segundos o mejor	13-09-2021	18:24:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:06:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Información del paciente ID de paciente, ID secundaria, edad, fecha de nacimiento, sexo. Introducción alfanumérica para el ID de paciente y el ID secundaria. Solicitamos que se permita la utilización del cuadro de anotaciones.	13-09-2021	18:29:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:08:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Información del paciente ID de paciente, ID secundaria, edad, fecha de nacimiento, sexo. Introducción alfanumérica para el ID de paciente y el ID secundaria. Solicitamos que se permita la utilización del cuadro de anotaciones.	13-09-2021	18:33:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:09:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Certificado original del fabricante en donde conste que la antigüedad del modelo ofertado y el software instalado no tienen más de 3 (tres) años, solicitamos diga Donde dice: Certificado original del fabricante en donde conste que la antigüedad del modelo ofertado y el software instalado no tienen más de 5 (cinco) años	13-09-2021	19:41:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:09:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Plataforma modular digital. Sistema Beamformer digital de 16 bits, solicitamos diga: Plataforma modular digital. Sistema Beamformer digital de 12 bits o mayor	13-09-2021	19:42:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:10:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Monitor de alta resolución tipo LED Full HD de 24 con resolución 1920 x 1200, solicitamos diga: Monitor de alta resolución tipo LED Full HD de 24 con resolución 1920 x 1080	13-09-2021	19:44:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:10:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Panel de control con pantalla táctil integrada a la consola del equipo de 12 como mínimo con tecnología IPS, estilo Tablet resolución mínima de 1200 x 800. Teclado multilinguaje para datos del paciente, Solicitamos diga: Panel de control con pantalla táctil integrada a la consola del equipo de 10 como mínimo con tecnología IPS, estilo Tablet resolución mínima de 1200 x 800. Teclado multilinguaje físico para datos del paciente de manera a permitir mayor participación de los oferentes	13-09-2021	19:45:40
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:11:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 1024 niveles de escala de grises, solicitamos solicitar 256 niveles de escala de grises.	13-09-2021	19:46:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:11:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 6 puertos USB como mínimo o más para conexión de dispositivos, solicitamos 4 puertos USB como mínimo o más para conexión de dispositivos	13-09-2021	19:47:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:11:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Las imágenes almacenadas se muestran en la pantalla de 12 para comparar con la imagen en tiempo real en la pantalla principal., solicitamos que este punto sea opcional	13-09-2021	19:48:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:12:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Capacidad de almacenamiento de 100.000.000 imágenes, para mayor participación de oferentes solicitamos diga Capacidad de almacenamiento de 100.000 imágenes	13-09-2021	19:49:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:13:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 6 puertos USB como mínimo o más para conexión de dispositivos , solicitamos diga 4 puertos USB como mínimo o más para conexión de dispositivos	13-09-2021	19:50:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:13:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando la disponibilidad presupuestaria solicitamos que Transductor Phased array Adulto Transesofagico con un ancho de banda de 3 a 7 Mhz Cantidad: 1(uno) unidades por equipo sea opcional o diga Posibilidad de agregar en el futuro Transductor Phased array Adulto Transesofagico con un ancho de banda de 3 a 7 Mhz	13-09-2021	19:51:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:13:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan que el equipo cuente con ECG integrado, Recomendamos agregar entre los accesorios cable ECG de tres derivaciones	13-09-2021	19:52:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:14:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Inicio Rápido del sistema inferior a 15 segundos, solicitamos diga: Inicio Rápido del sistema inferior a 20 segundos	13-09-2021	19:52:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:13:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Carro de transporte con altura regulable para mayor confort del usuario, recomendamos solicitar Carro de transporte con altura regulable para mayor confort del usuario con soporte para al menos tres transductores y pote de gel y soporte para video printer	13-09-2021	19:53:13
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:14:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Modo Multimodalidad que permite visualizar estudios de TAC, RM, Mamografías, etc., en el equipo, solicitamos que este punto sea opcional	13-09-2021	19:53:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:15:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta:SE ACEPTA LA POSIBILIDADE DE OTROS TIPOS DE MEMORIAS? ya que el tipo de memorias no afecta la operatividad del equipo ni afecta en el rendimiento del mismo y asi dar oportunidad a otros oferentes siguiendo los principios de la Ley 2051/03 de igualdad y libre competencia	13-09-2021	20:38:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:15:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: SE ACEPTAN PILAS AAA QUE SON MAS PEQUEÑAS Y DURAN HASTA 7 DIAS EN EL HOLTER?	13-09-2021	20:39:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:15:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice Descargar al computador a través de un lector de memoria removible. Consulta- SE ACEPTA DESCARGA DE DATOS POR CABLE USB TRADICIONAL PARA EVITAR PERDIDAS DE MEMORIA Y DAÑOS?	13-09-2021	20:40:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:16:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta- SE ACEPTA DESCARGA DE DATOS POR CABLE USB TRADICIONAL PARA EVITAR PERDIDAS DE MEMORIA Y DAÑOS?	13-09-2021	20:41:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:16:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta.: SE ACEPTAN 500 MEDICIONES, LO QUE ES UNA MEDICION CADA 3 MINUTOS POR DIA? ESTO ES MUCHO MAS DE LO NECESARIO PARA UN ESTUDIO.	13-09-2021	20:43:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:16:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta SE ACEPTAN OTROS TIPOS DE REPORTES VALIDADOS A NIVEL MUNDIAL DE PRODUCTOS DE PRIMERA MARCA?	13-09-2021	20:44:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:16:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta SE ACEPTAN OTROS TIPOS DE REPORTES VALIDADOS A NIVEL MUNDIAL DE PRODUCTOS DE PRIMERA MARCA?	13-09-2021	20:45:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:17:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde Dice :Posibilidad de almacenar varios estudios en una tarjeta de memoria sin necesidad de descargar al computador Consulta DADO QUE PARA CONFIGURAR EL PACIENTE HAY QUE REALIZAR CONEXIONES CLINICAS, SE ACEPTA QUE SE DESCARGUE DURANTE ESTA CONFIGURACION PARA QUE NO SE SUPERPONGAN DATOS DE PACIENTES?	13-09-2021	20:48:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:17:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta SE ACEPTAN OTROS TIPOS DE REPORTES VALIDADOS A NIVEL MUNDIAL DE PRODUCTOS DE PRIMERA MARCA?	13-09-2021	20:49:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:17:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice;Histogramas de Presión: Sistólica, Diastólica, Media y Pulso, Frecuencia Cardiaca y Doble Producto por intervalos. Consulta : SE ACEPTAN OTROS TIPOS DE REPORTES VALIDADOS A NIVEL MUNDIAL DE PRODUCTOS DE PRIMERA MARCA?	13-09-2021	20:50:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:18:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta SE ACEPTAN OTROS TIPOS DE REPORTES VALIDADOS A NIVEL MUNDIAL DE PRODUCTOS DE PRIMERA MARCA?	13-09-2021	20:55:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:18:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice;Grabación en Tarjeta de memoria Secure Digital extraíble para el almacenamiento de las mediciones de la presión arterial Consulta: SE ACEPTA LA POSIBILIDAD DE MEMORIA NO EXTRAIBLE PARA QUE NO SE PIERDA NI DAÑE?	13-09-2021	21:00:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:19:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: SE ACEPTA LA POSIBILIDAD DE MEMORIA NO EXTRAIBLE PARA QUE NO SE PIERDA NI DAÑE?	13-09-2021	21:01:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:20:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde DiceTasa de muestreo digital 2,000 muestras/segundo/canal – Consulta: : SE ACEPTAN OTRAS TASAS DE MUESTREO QUE CUMPLAN CON LOS ESTANDARES MUNDIALES?	13-09-2021	21:04:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La razón de muestreo debe ser de 2000 muestras/seg/segundo/canal para que la misma no afecte las mediciones del intervalo QT y el complejo QRS durante el ejercicio al que está siendo expuesto el paciente.-	30-09-2021	15:22:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice:Respuesta de frecuencia 3 dB a 0,01-150 Hz o mejor. Consulta: : SE ACEPTAN OTRAS RESPUESTAS DE FRECUENCIA QUE CUMPLAN CON LOS ESTANDARES MUNDIALES?	13-09-2021	21:05:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:22:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice:Frecuencia de corte baja 0,01 Hz; 0,02 Hz; 0,16 Hz o 0,32 Hz (límites -3 dB). Consulta: SE ACEPTAN OTRAS FRECUENCIAS DE CORTE QUE CUMPLAN CON LOS ESTANDARES MUNDIALES?	13-09-2021	21:06:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:23:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice:Frecuencia de corte alta Configurable a 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz o 150 Hz Consulta: SE ACEPTAN OTRAS FRECUENCIAS DE CORTE QUE CUMPLAN CON LOS ESTANDARES MUNDIALES?	13-09-2021	21:07:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:23:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice:Filtro de CA adaptable 47 Hz a 53 Hz. Rechazo del modo común: >100 dB (con filtro de CA encendido) o mejor Consulta: SE ACEPTAN OTROS FILTROS QUE CUMPLAN CON LOS ESTANDARES MUNDIALES?	13-09-2021	21:08:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:24:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice:Resolución de impresión: Horizontal 40 puntos/mm a 25 mm/s, 8 puntos/mm vertical. Consulta: SE ACEPTAN OTRAS RESOLUCIONES QUE CUMPLAN CON LOS ESTANDARES MUNDIALES?	13-09-2021	21:09:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:24:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde piden: Resolución 4.88 μ V/LSB a 500 mps o mejor, solicitamos se puedan cotizar equipos con resolución de 5 μ V/LSB a 500 mps, considerando que el rango es ínfima y no afecta en nada el rendimiento del equipo	13-09-2021	23:44:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:24:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Respuesta de frecuencia 3dB a 0,01 -150 Hz o mejor, solicitamos se puedan cotizar equipos con respuesta de frecuencia 3 dB a 0,05 - 150 Hz o mejor.	13-09-2021	23:44:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:24:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
-En donde solicitan: Frecuencia de corte baja 0,01 Hz; 0,02 Hz; 0,16 Hz o 0,32 Hz (limites -3 dB). Frecuencia de corte alta Configurable a 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz o 150 Hz; al parecer hubo una inversión en los valores, por lo que solicitamos se corrija a: Frecuencia de corte baja: 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz Frecuencia de corte alto: 0,05 Hz, 0,15 Hz, 0,5 Hz	13-09-2021	23:45:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:25:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde piden: Filtro de CA adaptable 47 a 53 hz, solicitamos se puedan cotizar equipos con filtro de CA de 50 o 60 Hz que son los valores más usuales	13-09-2021	23:46:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:27:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde solicitan Tecnología de la impresora De matriz de puntos térmica: Velocidad de escritura 5, 12,5, 25 y 50 mm/s, solicitamos se puedan cotizar equipos con velocidad de escriturar 25 y 50 mm/s, que son los más utilizados en equipos de estas características	13-09-2021	23:47:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:27:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En donde solicitan: Almacenamiento de ECG en formato *.XML,*. PDF,*.DCM, *.ECG, *.SCP de los estándares aECG, DICOM, ISHNE, MUSE-XML, OmronECG, SCP-ECG, solicitamos se puedan aceptar equipos que almacenen archivos en formato XML y PDF y que los demás puedan ser considerados opcionales	13-09-2021	23:47:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:27:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Software Admite la medición con el programa de análisis de ECG y capacidad de importar todos formatos de los archivos del ECG para análisis y mediciones con soporte y exportación en formato de imagen .BMP, .JPG, .PNG y otros compatibles. Compatible para sistema operativo con Windows o Linux, provisión del instalador y llaves si corresponde, sugerimos respetuosamente que se considere esta especificación como opcional ya que frecuentemente estos datos se manejan en la base de datos del hospital y no en una PC en particular	13-09-2021	23:48:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:28:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Software Admite la medición con el programa de análisis de ECG y capacidad de importar todos formatos de los archivos del ECG para análisis y mediciones con soporte y exportación en formato de imagen .BMP, .JPG, .PNG y otros compatibles. Compatible para sistema operativo con Windows o Linux, provisión del instalador y llaves si corresponde, sugerimos respetuosamente que se considere esta especificación como opcional ya que frecuentemente estos datos se manejan en la base de datos del hospital y no en una PC en particular	13-09-2021	23:49:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:28:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta general: Considerando que estos desfibriladores serán utilizados en un hospital cardiológico, sugerimos gentilmente se solicite monitor/desfibrilador que cuente con paletas reusables, ya que el equipo solicitado actualmente cuenta con cartucho de desfibrilación descartable de un solo uso y su precio oscila los US\$ 150.00 – 200.00 por cartucho entendemos que sería muy oneroso para el Hospital mantener estos equipos operativos. Por otro lado, si se optaría por equipos del tipo monitor/desfibrilador, se deberá elevar el precio referencial	13-09-2021	23:50:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:29:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Certificado original del fabricante en donde conste que la antigüedad del modelo ofertado y el software instalado no tienen más de 3 (tres) años, Solicitamos a la convocante que este punto sea eliminado ya que las versiones de los Software podrían variar de acuerdo a cada modelo de cada fabricante y no exclusivamente ser un equipo de 3 años de estar en el mercado, y considerando el proceso de aprobación de las reglamentaciones internacionales que duran de 24 a 36 meses, creemos que este punto pueda ser eliminado	14-09-2021	00:38:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	15:28:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Monitor de alta resolución tipo LED Full HD de 24 con resolución 1920 x 1200; Solicitamos muy amablemente a la convocante poder cotizar monitores de 21 de alta resolución tipo LED Full HD, a manera de tener la mayor cantidad de oferentes posibles	14-09-2021	00:39:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	15:29:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice 15.000.000 de canales de procesamiento digital. Solicitamos a la convocante poder dejar cotizar equipo con 4 millones de canales de procesamiento así de esta manera tendrá mayor cantidad de oferentes	14-09-2021	00:39:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	16:02:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice 15.000.000 de canales de procesamiento digital. Solicitamos a la convocante poder dejar cotizar equipo con 4 millones de canales de procesamiento así de esta manera tendrá mayor cantidad de oferentes.	14-09-2021	00:40:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01. Se solicita esta cantidad de canales para asegurar obtener rasgos más definidos.-	30-09-2021	16:04:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Memoria interna de 8GB como mínimo o mejor. Y también Capacidad de almacenamiento de 100.000.000 de imágenes.; Solicitamos a la convocante debido al precio referencial, ambos enunciados mencionados sean de menor capacidad para que se pueda cumplir con estos requerimientos	14-09-2021	00:40:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	16:05:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Medición de la fracción de eyección automática de segmentos capaz de medir en 4 cámaras y 2 cámaras sin necesidad de marcar puntos dentro de la imagen. Solicitamos que esta medición pueda ser semi automática o manual debido a que solo una marca de ecógrafos lo posee y va direccionado y contradice a lo establecido con la La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Artículo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor	14-09-2021	00:41:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	16:15:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Transductor Lineal array con un ancho de banda de 4 a 13 Mhz. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo. Solicitamos poder cotizar Transductor lineal con rango de 4 a 12 Mhz, esto no afectaría en nada la calidad de imagen pero permitirá mayor cantidad de oferentes	14-09-2021	00:41:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	16:15:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Rango dinámico del sistema de 300 dB o mejor. Solicitamos a la convocante dejar cotizar equipo con rango dinámico de 170 dB, esto no variará la calidad de imagen, por el conjunto de características distintas de cada equipo y permitirá mayor cantidad de oferentes	14-09-2021	00:55:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01. El rango dinámico influye en el contraste de la imagen.-	30-09-2021	16:17:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice 4 puertos USB para conexión de dispositivos. Solicitamos a la convocante dejar cotizar a partir de 2 puertos a manera de tener mayor cantidad de oferentes	14-09-2021	00:55:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	16:19:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El software de Strain debe contar con 3 métodos MANUAL, SEMIAUTOMATICO, AUTOMATICO para colocación de puntos de evaluación de los segmentos. Solicitamos este punto pueda quedar de la siguiente manera, El software de Strain con cualquiera de los 3 métodos MANUAL, SEMIAUTOMATICO, AUTOMATICO para colocación de puntos de evaluación de los segmentos. De Esta forma tendrá mayor cantidad de oferentes	14-09-2021	00:56:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.	30-09-2021	16:19:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Transductor Phased Array pediátrico con un ancho de banda de 2 a 9 Mhz. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo. Solicitamos a la convocante pueda dejar cotizar Transductor Phased Array pediátrico con un ancho de banda de 3 a 8 Mhz, esto permitirá mayor cantidad de oferentes.	14-09-2021	00:56:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	16:19:45

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Tecnología de la impresora De matriz de puntos térmica. Velocidad de escritura: 5, 12,5, 25 y 50 mm/s. Sensibilidad/ganancia de la impresora: 2,5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mV. Precisión de la velocidad de escritura: 5%. Precisión de la amplitud de escritura: 5%. Solicitamos a la convocante permitir que la Velocidad de escritura sea de 10 mm/s o mejor, y que en la Sensibilidad/ganancia de la impresora se cumpla con al menos 4 de ellos. Esto permitiría mayor participación de oferentes.	14-09-2021	07:32:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	16:20:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Teclado tipo membrana con respuesta táctil y opción a teclado externo. Solicitamos a la convocante que el teclado externo sea opcional.	14-09-2021	07:35:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	16:20:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Almacenamiento externo 100 o más ECG en la memoria externa (tarjeta SD) o USB. Solicitamos a la convocante que la memoria externa sea opcional.	14-09-2021	07:39:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	16:21:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Almacenamiento de ECG en formato *.XML,*. PDF,*.DCM, *.ECG, *.SCP de los estándares aECG, DICOM, ISHNE, MUSE-XML, OmronECG, SCP-ECG. Solicitamos a la convocante que de los estándares mencionados se cumplan con al menos 4 de los mencionados , para mayor participación de oferentes.	14-09-2021	07:41:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	16:22:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Papel en rollo 10 Rollos de papel térmico para impresión. Solicitamos a la convocante permitan cotizar papel para impresión Zfold.	14-09-2021	07:47:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	16:24:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Plazo de entrega 60 días Se solicita a la Convocante sea de 90 días a partir de la recepción de la orden de compra	14-09-2021	07:48:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-	30-09-2021	16:25:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Electrocardiografo. En una parte de las especificaciones Técnicas dice: Frecuencia de corte baja 0,01 Hz; 0,02 Hz; 0,16 Hz o 0,32 Hz (limites -3 dB). Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Frecuencia de corte baja 0.05Hz, 0.15Hz, 0.25Hz, 0.32Hz, 0.5Hz o 0.67Hz o mejor.	14-09-2021	07:58:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	16:25:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Electrocardiografo. En una parte de las especificaciones Técnicas dice: Frecuencia de corte alta Configurable a 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz o 150 Hz Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Frecuencia de corte alta Configurable a 25Hz, 35Hz, 45Hz o mejor.	14-09-2021	07:58:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-	30-09-2021	16:26:09

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: NYP S.A. - RUC: 80064335-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508006162	Póliza	Aseguradora Yacyretá	16-02-2022	18-02-2022	06-08-2022

Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508053035	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A	18-02-2022	21-02-2022	31-07-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42181716-005	Equipo de Ergometria					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42181713-9999	Sistema de Monitorizacion Holter					30
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Spacelabs	Spacelabs	no aplica	USA	Sistema de Monitorizacion Holter	49.658.405	1.489.752.150

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42181713-9999	Sistema de Monitorizacion MAPA					30
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Spacelabs	Spacelabs	no aplica	USA	Sistema de Monitorizacion MAPA	3.520.281	105.608.430

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	42181716-002	Ecocardiografo					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	ESAOTE	ESAOTE SPA	MYLAB X8 eXP	ITALIA	ECOCARDIOGRAFO	600.000.000	1.800.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	42181716-002	Ecocardiografo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	ESAOTE	ESAOTE SPA	MYLAB OMEGA	ITALIA	ECOCARDIOGRAFO	500.000.000	500.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	42181716-001	Electrocardiografo					2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Spacelabs	Edan	no aplica	USA/China	Electrocardiografo	32.320.384	64.640.768

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	42181608-001	Esfigmomanometro o tensiometro	500

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NYP S.A. - 80064335-6	CITIZEN	CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD	CH-453	CHINA	ESFIGMOMANOMETRO O TENSÍOMETRO	398.000	199.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	41111508-003	Balanza electronica	18

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
4 - Ecocardiografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IMESE S.A. - 80016426-1	1.800.000.000	21-02-2022	08:08:12.782	Propuesta
		Código Verificador:	6ebacff58bd4a11749b2d2e46c8903b6	

5 - Ecocardiografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IMESE S.A. - 80016426-1	500.000.000	21-02-2022	08:08:12.958	Propuesta
		Código Verificador:	6d3a483ff211098e2394889af16d6676	

7 - Esfigmomanometro o tensiometro

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
NYP S.A. - 80064335-6	199.000.000	21-02-2022	08:08:13.121	Propuesta
		Código Verificador:	01057133bdd0c3bc48e8f0691f26f1c2	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
4 - Ecocardiografo

Oferente	Mejor Precio
IMESE S.A. - 80016426-1	1.800.000.000

5 - Ecocardiografo

Oferente	Mejor Precio
IMESE S.A. - 80016426-1	500.000.000

7 - Esfigmomanometro o tensiometro

Oferente	Mejor Precio
NYP S.A. - 80064335-6	199.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80016426-1 - IMESE S.A.

Item	Precio Ganador
4 - Ecocardiografo	1.800.000.000
5 - Ecocardiografo	500.000.000

Proveedor: 80064335-6 - NYP S.A.

Item	Precio Ganador
7 - Esfigmomanometro o tensiometro	199.000.000

Listado de Mensajes

4 - Ecocardiografo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-02-2022	08:10:37.719
Buenos días, comenzamos la Subasta.	21-02-2022	08:10:43.234
Señor/a Oferente, baje su precio	21-02-2022	08:10:47.592
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-02-2022	08:29:21.037
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-02-2022	08:29:23.278
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-02-2022	08:35:23.373
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-02-2022	08:39:18.629
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-02-2022	08:39:18.826

5 - Ecocardiografo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-02-2022	08:39:36.366
Continuamos con la Subasta.	21-02-2022	08:39:40.897
Señores bajen sus precios.	21-02-2022	08:39:44.289
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-02-2022	08:41:54.149
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-02-2022	08:41:56.657
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-02-2022	08:47:56.730
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-02-2022	08:51:05.846
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-02-2022	08:51:05.951

7 - Esfigmomanometro o tensiometro

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-02-2022	08:51:30.842
Continuamos con la Subasta.	21-02-2022	08:51:45.081
Señor/a Oferente, baje su precio	21-02-2022	08:51:53.102
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-02-2022	08:53:33.443
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-02-2022	08:53:38.452
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-02-2022	08:59:38.478
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-02-2022	09:08:53.529
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-02-2022	09:08:53.719

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.