

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 397925

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:59 del día 17/5/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 397925 - LPN SBE 78-21 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS de la Institución:

Código Verificador: 2e70328f6a71cba4f97fbd89c618b2a6

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Luminoterapia, en el punto 4.4 solicitan lo siguiente: Leds que emitan luz de 420 a 480 nm de longitud de onda luego de ser filtrada.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con un rango de trabajo de 460 nm a 490 nm. Este rango de longitud de onda es la más eficaz para reducir la bilirrubina, cumpliendo con los requisitos de la Academia Americana de Pediatría (AAP). De manera que solicitamos, favor modificar este punto a Leds que emitan luz de 460 nm o menor a 480 nm o mayor de longitud de onda luego de ser filtrada.. De manera a no limitar la participación de oferentes.		20-09-2021	10:18:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.		09-05-2022	13:51:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Luminoterapia, en el punto 4.6 solicitan lo siguiente: Infrarrojo cercano (780 a 1400 nm) debe ser filtrado. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por OPCIONAL, dado que en un punto anterior ya solicitan una longitud de onda a ser filtrada, como el tipo de luz para este equipo solicitado es el LED, se aseguran que los límites de longitud de onda no sean excedidos, asegurando un correcto tratamiento para los pacientes. La solicitud de este punto permitirá la participación solo de aquellas marcas que cuentan con filtros debido a que sus LEDS utilizados exceden la longitud de onda recomendada.		20-09-2021	10:20:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.		09-05-2022	13:51:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Luminoterapia, en el punto 4.7 solicitan lo siguiente: Corte de seguridad por sobre temperatura. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por OPCIONAL, dado que este punto depende netamente de la tecnología de cada equipo. Existen equipos que no necesitan de dicha seguridad dado que los leds que utilizan son de muy bajo consumo, por lo que el equipo no corre peligro de una sobre temperatura, y al tratarse de luces led, tampoco supone una sobre temperatura sobre el paciente. La solicitud de este punto permitirá la participación solo de aquellas marcas que a causa de un mal funcionamiento de sus equipos necesiten un corte de seguridad, excluyendo las marcas que no la necesitan.		20-09-2021	10:23:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.		09-05-2022	13:52:10

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Luminoterapia, en los puntos 5.1 y 5.2 solicitan lo siguiente: Al menos 20 (veinte) protectores oculares reutilizables por equipo para circunferencia cefálica entre 20 a 29 cm. Y Al menos 20 (veinte) protectores oculares reutilizables por equipo para circunferencia cefálica entre 30 a 38 cm. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con protectores oculares con medidas distintas a las solicitadas. De manera que solicitamos, favor modificar estos puntos por Al menos 20 (veinte) protectores oculares reutilizables por equipo para circunferencia cefálica entre 20 a 29 cm o similar en tamaño Y Al menos 20 (veinte) protectores oculares reutilizables por equipo para circunferencia cefálica entre 30 a 38 cm o similar en tamaño De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	10:25:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.	09-05-2022	13:52:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 2 - Luminoterapia, instamos a la Convocante a reconsiderar el precio referencial para el ítem solicitado, dado que los mismos son demasiado bajos y no se ajustan a los precios disponibles en el mercado. En la evaluación de precios los mismos no fueron promediados con las cotizaciones solicitadas a las empresas, sino que solo se tomaron los precios más bajos encontrados en licitaciones similares o las cotizaciones más bajas recibidas. El mismo precio referencial sería una limitante para la participación de equipos de excelente calidad y prestación, donde solo podrán participar equipos económicos.	20-09-2021	10:29:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la modificación de los Datos Cargados en el SICP.	09-05-2022	13:52:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 3 - Incubadora, en el punto 4.1 solicitan lo siguiente: Cúpula transparente de doble pared, con 4 puertas abatibles a 180°.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con puertas abatibles con una angulación superior a 90°. De manera que solicitamos, favor modificar este punto a Cúpula transparente de doble pared, con 4 puertas abatibles a mayor de 90°.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	10:30:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.	09-05-2022	13:53:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 3 - Incubadora, en el punto 4.1 solicitan lo siguiente: Cúpula transparente de doble pared, con 4 puertas abatibles a 180°.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con puertas abatibles con una angulación superior a 90°. De manera que solicitamos, favor modificar este punto a Cúpula transparente de doble pared, con 4 puertas abatibles a mayor de 90°.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	10:31:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.	09-05-2022	13:54:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 3 - Incubadora, en el punto 4.6 solicitan lo siguiente: Colchón impermeable, retardante de fuego, lavable, antibacterial, de tamaño adecuado a la cuna y resistente a: corrosión, agua, detergente, solución al 70% de alcohol etílico e hipoclorito de sodio. Cantidad: 2 (dos) por equipo.. Se solicita amablemente a la convocante eliminar la indicación retardante de fuego ya que los colchones para estos equipos en su mayoría están fabricados en espuma de distintos materiales, los cuales ante el contacto directo al fuego podrían sufrir daños no siendo un retardante de fuego. La modificación sugerida ayudaría a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	10:44:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.	09-05-2022	13:54:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 3 - Incubadora, en el punto 4.9 solicitan lo siguiente: Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionados eléctricamente, de al menos ± 15°.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con movimiento de Trendelemburg accionados manualmente y con una inclinación de 12°. De manera que solicitamos, favor modificar este punto a Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionados manual o eléctricamente, de al menos ± 12°.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	10:52:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.	09-05-2022	13:54:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Dentro de las especificaciones para el ítem 3 - Incubadora, en el punto 5.6 solicitan lo siguiente: Control de oxígeno servocontrolado. Rango de control: 25% a 70%. Flujo: 5 a 15 l/min.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con rango de control de Oxígeno de 21 a 65% y con flujo de entrada aire constante de 30 l/min. De manera que solicitamos, favor modificar este punto a Control de oxígeno servocontrolado. Rango de control: 25% o menor a 65% o mayor.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	10:53:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.	09-05-2022	13:54:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 3 - Incubadora, en el punto 6.5 solicitan lo siguiente: Frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con rango de control de Oxígeno de 21 a 65% y con flujo de entrada aire constante de 30 l/min. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por OPCIONAL, dado que este punto depende netamente de la tecnología de cada equipo. En este mismo llamado están solicitando monitores multiparamétricos que cumplen la función de medición de Frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno por lo que este punto no es imprescindible. La modificación sugerida permitirá la participación de más oferentes.	20-09-2021	10:54:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.	09-05-2022	13:55:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 3 - Incubadora, instamos a la Convocante a reconsiderar el precio referencial para el ítem solicitado, dado que los mismos son demasiado bajos y no se ajustan a los precios disponibles en el mercado. En la evaluación de precios los mismos no fueron promediados con las cotizaciones solicitadas a las empresas, sino que solo se tomaron los precios más bajos encontrados en licitaciones similares o las cotizaciones más bajas recibidas. El mismo precio referencial sería una limitante para la participación de equipos de excelente calidad y prestación, donde solo podrán participar equipos económicos.	20-09-2021	10:55:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la modificación de los Datos Cargados en el SICP.	09-05-2022	13:55:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 4 – Lámpara scialítica portátil, en el punto 4.1.3 solicitan: Rotación de la cúpula en torno de su brazo de suspensión en 360°C y rotación de la cúpula en torno de su propio eje también en 360°C.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con equipos que cuentan con giro del cabezal sobre su propio eje en 360° pero sobre su brazo de suspensión en 15°. Ya que estos son equipos móviles esta modificación no afectará la funcionalidad del mismo. De manera que solicitamos, favor modificar este punto a Rotación de la cúpula en torno de su brazo de suspensión en 15° o mayor y rotación de la cúpula en torno de su propio eje también en 360°C.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	10:56:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.	09-05-2022	13:56:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 4 – Lámpara scialítica portátil, en el punto 4.2.13 solicitan: Giro rotatorio de 360°. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con equipos que cuentan con giro del cabezal sobre su propio eje en 360° pero sobre su brazo de suspensión en 15°. Ya que estos son equipos móviles esta modificación no afectará la funcionalidad del mismo. De manera que solicitamos, favor modificar este punto a Giro rotatorio de 15° o mayor. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	10:58:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.	09-05-2022	13:56:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 4 – Lámpara scialítica portátil, en el punto 4.4.2 solicitan: Intensidad luminosa homogénea de 100.000 a 160.000 luxes a 1 m de distancia de la fuente.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con equipos que cuentan una intensidad luminosa de entre 40.000 a 120.000 luxes, cumpliendo ampliamente con el rango de luxes necesarias para los diferentes tipos de procedimientos dentro de los quirófanos. De manera que solicitamos, favor modificar este punto a Intensidad luminosa homogénea de 100.000 luxes o menor a 140.000 luxes o mayor a 1 m de distancia de la fuente.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	10:59:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.	09-05-2022	13:56:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Para el ítem 4 – Lámpara scialfítica portátil, instamos a la Convocante a reconsiderar el precio referencial para el ítem solicitado, dado que los mismos son demasiado bajo y no se ajustan a los precios disponibles en el mercado. En la evaluación de precios los mismos no fueron promediados con las cotizaciones solicitadas a las empresas, sino que solo se tomaron los precios más bajos encontrados en licitaciones similares o las cotizaciones más bajas recibidas. El mismo precio referencial sería una limitante para la participación de equipos de excelente calidad y prestación, donde solo podrán participar equipos económicos.	20-09-2021	11:00:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la modificación de los Datos Cargados en el SICP.	09-05-2022	13:57:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 6 – Monitor Multiparamétrico, en el punto 4.1 solicitan: Monitor modular.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con equipos del tipo preconfigurado, que cumplen con todos los parámetros solicitados. De manera que solicitamos, favor modificar este punto a Monitor modular o preconfigurado. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	11:01:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	13:57:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 6 – Monitor Multiparamétrico, en el punto 5.1.2 solicitan: Posibilidad de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con equipos con despliegue de hasta 7 derivadas. Dado que en la mayoría de las terapias no son utilizadas las 12 derivadas de ECG, para ello se utiliza un electrocardiograma. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Posibilidad de despliegue simultáneo de hasta 7 derivaciones o más. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	11:05:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	13:58:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 6 – Monitor Multiparamétrico, en el punto 5.1.4 solicitan: Detección de por lo menos 20 arritmias.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con equipos con detección de por lo menos 16 arritmias. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Detección de por lo menos 16 arritmias.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	11:07:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	13:58:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 6 – Monitor Multiparamétrico, en el punto 5.6.3 solicitan: Medición de variación de volumen sistólico (VVS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje de forma automática.. Se solicita amablemente a la convocante modificar este punto por OPCIONAL, dado que este punto depende netamente de la tecnología de cada equipo. Existen equipos que cuentan con medición de del Volumen sistólico, pero no con la función de medición de forma automática, por lo que se podrá verificar este parámetro manualmente.	20-09-2021	11:08:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	13:59:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 6 – Monitor Multiparamétrico, en el punto 7.3 solicitan: Brazaletes reusables. Se solicita amablemente a la convocante modificar este punto por Brazaletes descartables y solicitar una caja de cada tamaño. En pacientes neonatales es normativa internacional utilizar accesorios descartables, mas aun si estará mucho tiempo conectado por el paciente. Esto debido a que en muchos casos la piel de los pacientes aún no está completamente desarrollados, por lo que muchas marcas optan por fabricar únicamente accesorios descartables para este tipo de pacientes.	20-09-2021	11:09:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.	09-05-2022	14:00:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 6 – Monitor Multiparamétrico, en el punto 7.5 solicitan: Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de 10 puntas para despliegue simultáneo de las 12 derivaciones para calidad diagnóstica.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con equipos con despliegue de hasta 7 derivadas. Dado que en la mayoría de las terapias no son utilizadas las 12 derivadas de ECG, para ello se utiliza un electrocardiograma. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de 5 puntas para despliegue simultáneo de las 7 derivaciones.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	11:10:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.		09-05-2022	14:01:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 6 – Monitor Multiparamétrico, en el punto 7.6 solicitan: Cien domos desechables o Cien kits de transductor desechable, por cada canal.. Se solicita amablemente a la convocante reducir considerablemente la cantidad de kits solicitados. Dado que si tomamos en cuenta que solicitas dos canales de presión invasiva la cantidad total de kits a ser entregados serán de 200 unidades, solo este accesorio sobrepasaría en sobremanera el costo referencial del equipo solicitado, por lo que sería imposible poder presentar una oferta. Además, no todos los pacientes dentro de las terapias son monitorizados con presión invasiva. Recomendamos solicitar 10 kits de transductor desechable en total, entendemos que esto sería suficiente por cada equipo y además se evitaría el vencimiento de los mismos.		20-09-2021	11:11:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.		09-05-2022	14:01:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para el ítem 6 – Monitor Multiparamétrico, instamos a la Convocante a reconsiderar el precio referencial para el ítem solicitado, dado que los mismos son demasiado bajo y no se ajustan a los precios disponibles en el mercado. En la evaluación de precios los mismos no fueron promediados con las cotizaciones solicitadas a las empresas, sino que solo se tomaron los precios más bajos encontrados en licitaciones similares o las cotizaciones más bajas recibidas. El mismo precio referencial sería una limitante para la participación de equipos de excelente calidad y prestación, donde solo podrán participar equipos económicos. Para este ítem en particular, solo los accesorios solicitados superarían de sobremanera el precio referencial fijado.		20-09-2021	11:13:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la modificación de los Datos Cargados en el SICP.		09-05-2022	14:01:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
4.13 , Solicitamos a la convocante poder presentar oferta con batería de 3.5horas de autonomía. para dar oportunidad a mas oferentes.		20-09-2021	11:14:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.		09-05-2022	14:02:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 10 – Servocuna, en el punto 4.7 solicitan: Largo: 60 - 90 cms.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con equipos con dimensiones de largo 112 cms. Ya que esto no implica una diferencia en la calidad o funcionalidad de los equipos. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Largo: 60 - 115 cms.. De manera a no limitar la participación de oferentes.		20-09-2021	11:14:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.		09-05-2022	14:02:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 10 – Servocuna, en el punto 4.17 solicitan: Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionado eléctrico o manual de al menos $\pm 15^\circ$.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con equipos con movimiento de Trendelemburg de $\pm 10^\circ$. Siendo esta una inclinación suficiente para el manejo y tratamiento de los pacientes. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionado eléctrico o manual de al menos $\pm 10^\circ$. De manera a no limitar la participación de oferentes.		20-09-2021	11:16:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.		09-05-2022	14:09:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 10 – Servocuna, en el punto 7.6 solicitan: Silenciado manual de alarmas por 15 minutos. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con equipos con silenciado manual de alarma por 5 minutos, teniendo en cuenta que este es el tiempo estimado de silenciado para equipos de cuidados de pacientes neonatales. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Silenciado manual de alarmas por 5 minutos o mayor. De manera a no limitar la participación de oferentes.		20-09-2021	11:17:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.		09-05-2022	14:09:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Dentro de las especificaciones para el ítem 10 – Servocuna, en el punto 8.8 solicitan: Tomacorriente adicional interconstruido uno como mínimo. Con enchufe tipo schuko. Se solicita amablemente a la convocante modificar este punto por Opcional. Ya que muchas empresas consideran que para equipos de cuidados neonatales no es recomendable la utilización de regletas o mas tomacorrientes, debido a que una sobre carga a la fuente, un corto circuito, o cualquier problema que pudiera ocasionar un equipo externo conectado podría resultar en una falla en el equipo en sí, lo cual causaría una perdida de calor en el paciente lo cual puede desencadenarse en casos graves.	20-09-2021	11:19:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.	09-05-2022	14:09:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 10 – Servocuna, en el punto 9.5 solicitan: Resucitador manual neonatal reusable con mascarilla, bolsa reservorio y extensión para oxígeno. Se solicita amablemente a la convocante eliminar este punto de las especificaciones, ya que el accesorio solicitado no es propio del equipo. Este accesorio debe solicitarse como un ítem aparte, ya que no siempre las empresas que representan equipos como el solicitado, representan resucitadores manuales.	20-09-2021	11:20:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23.	09-05-2022	14:10:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 10 – Servocuna, instamos a la Convocante a reconsiderar el precio referencial para el ítem solicitado, dado que los mismos son demasiado bajo y no se ajustan a los precios disponibles en el mercado. En la evaluación de precios los mismos no fueron promediados con las cotizaciones solicitadas a las empresas, sino que solo se tomaron los precios más bajos encontrados en licitaciones similares o las cotizaciones más bajas recibidas. El mismo precio referencial sería una limitante para la participación de equipos de excelente calidad y prestación, donde solo podrán participar equipos económicos.	20-09-2021	11:21:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la modificación de los Datos Cargados en el SICP.	09-05-2022	14:10:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.17: Solicitamos a la convocante poder presentar oferta con batería de 2 horas de autonomía.	20-09-2021	12:03:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:10:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 6.7.6 Cien domos desechables o Cien kits de transductor desechable, por cada canal. Solicitamos a la convocante verificar este punto,es demaciada cantidad de accesorios, encarece significativamente y no esta acorde al precio de referencia. favor aclarar.	20-09-2021	12:10:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:11:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en el punto 4.4 solicitan lo siguiente: Volumen Corriente por volumen (ml). Límite inferior 10 o menor. Límite superior 2500 o mayor.. Se solicita amablemente a la convocante modificar este punto, debido a que el límite inferior solicitado no se ajusta al tipo de pacientes a los cuales van a ser utilizados estos equipos. Un volumen corriente de 10 ml corresponde a rangos de ventilación para pacientes pediátricos, no así pacientes neonatales, para estos deben utilizarse niveles de Volumen de 2 ml o incluso menor. De hecho, en el punto 9.2 solicitan Capacidad para ventilar pacientes desde 300 grs. Que tienen comprometida la función respiratoria. Lo cual no podrá ser cumplido con un volumen de 10 ml. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Volumen Corriente por volumen (ml). Límite inferior 2 o menor. Límite superior 2500 o mayor.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	16:40:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:11:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en el punto 4.3 solicitan lo siguiente: Flujo Inspiratorio (L/min). Límite inferior 1 o menor. Límite superior 250 o mayor. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de equipos con límites de Flujo inspiratorios entre 2 l/min y 120 l/min, teniendo en cuenta que el Flujo máximo necesario para pacientes neonatales es de 30 l/min, el rango sugerido abarcaría el tipo de pacientes para los cuales serán utilizados los equipos. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Flujo Inspiratorio (L/min). Límite inferior 2 o menor. Límite superior 120 o mayor.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	16:41:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:11:32
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en el punto 4.2 solicitan lo siguiente: Volumen Corriente por presión (ml). Límite inferior 10 o menor. Límite superior 4000 o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante unificar este punto con el punto 4.1 solicitando únicamente Volumen Corriente, ya que, dependiendo de la tecnología de cada equipo, estos tienen los mismos niveles para volumen Corriente en ventilación tanto por volumen como por presión y en estas especificaciones se piden por separado claramente para favorecer a un oferente.	20-09-2021	16:42:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:11:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en el punto 4.4 solicitan lo siguiente: Presión Inspiratoria (cm H2O). Límite inferior -50 o menor. Límite superior 120 o mayor. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con límites de Presión inspiratoria entre 1 cm H2O a 95 cm H2O, no entendemos el sentido de pedir una configuración de inspiración con límites negativos, esto implicaría una exhalación no una inspiración. Entendemos que pudo ocurrir un error al momento de la redacción de este punto. Por lo que solicitamos, favor modificar estos puntos por Presión Inspiratoria (cm H2O). Límite inferior 1 o menor. Límite superior 95 o mayor. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	16:42:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:11:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en el punto 4.5 solicitan lo siguiente: Frecuencia Respiratoria (rpm). Límite inferior 1 o menor. Límite superior 180 o mayor. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con límites de Frecuencia respiratoria entre 1 rpm a 150 rpm los cuales cumplen con los rangos utilizados para los diferentes tipos de pacientes. Por lo que solicitamos, favor modificar estos puntos por Frecuencia Respiratoria (rpm). Límite inferior 1 o menor. Límite superior 120 o mayor. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	16:43:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:12:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice, cada equipo entregado deberá estar acompañado de: Manual de usuario original en idioma español o traducción en idioma español realizado por un traductor matriculado. Manual técnico original en idioma español, portugués o inglés. Favor aclarar si lo solicitado es requisito necesario para el ítem 9, si es así favor considerarlo como opcional.	20-09-2021	16:43:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que lo solicitado no aplica para el ítem de referencia.	09-05-2022	14:12:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en los puntos 4.7, 4.8 y 4.9 solicitan lo siguiente: Pausa Inspiratoria (s). Límite inferior 0,01 o menor. Límite superior 3 o mayor., Pausa Espiratoria (s). Límite inferior 0,01 o menor. Límite superior 3 o mayor. Y Pausa inspiratoria programada (s). Límite inferior 0. Límite superior 2 o mayor.. Se solicita amablemente a la convocante unificar todos estos puntos en uno solo, solicitando lo siguiente Pausa inspiratoria y Pausa Espiratoria, ya que este punto depende de la tecnología de cada equipo, algunos equipos cuentan con estas opciones, pero no con los límites solicitados. La modificación sugerida permitirá la participación de más oferentes.	20-09-2021	16:44:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:13:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en los puntos 4.7, 4.8 y 4.9 solicitan lo siguiente: Pausa Inspiratoria (s). Límite inferior 0,01 o menor. Límite superior 3 o mayor., Pausa Espiratoria (s). Límite inferior 0,01 o menor. Límite superior 3 o mayor. Y Pausa inspiratoria programada (s). Límite inferior 0. Límite superior 2 o mayor.. Se solicita amablemente a la convocante unificar todos estos puntos en uno solo, solicitando lo siguiente Pausa inspiratoria y Pausa Espiratoria, ya que este punto depende de la tecnología de cada equipo, algunos equipos cuentan con estas opciones, pero no con los límites solicitados. La modificación sugerida permitirá la participación de más oferentes.	20-09-2021	16:44:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:13:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde se menciona en los puntos: h) Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar servicio técnico de los equipos ofertados. i) Presentación de certificado que acrediten contar con servicio técnico capacitado y habilitado por el fabricante a realizar servicio técnico al equipo ofertado. j) Certificación emitida por el fabricante de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado, con una antigüedad no mayor a un (1) año de fabricación. El mismo será requerido legalizado por el Consulado del país de origen para la firma del contrato. Favor aclarar si lo solicitado es requisito necesario para el ítem 9, si es así favor considerarlo como opcional.	20-09-2021	16:45:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que lo solicitado no aplica para el ítem de referencia.	09-05-2022	14:13:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en los puntos 4.16, 4.17 y 4.20 solicitan lo siguiente: Sensibilidad de disparo por Presión (cmH2O) Límite inferior 0.1 o menor. Límite superior 15 o mayor., Sensibilidad de disparo POR FLUJO (L/min). Límite inferior 0,1 o menor. Límite superior 15 o mayor. Y Mecanismo de disparo o Trigger por presión y por flujo.. Se solicita amablemente a la convocante unificar todos estos puntos en uno solo modificándolos de la siguiente manera Mecanismo de disparo o Trigger por presión, por flujo o ambos de manera a ajustarse a todas las tecnologías disponibles en el mercado y no direccionar a una sola. Existen marcas de equipos con tecnologías que solo utilizan trigger por flujo debido a que es la mas efectiva, no fabricando equipos con sensibilidad por presión.	20-09-2021	16:45:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:13:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en el punto 4.21 solicitan lo siguiente: Rise Time al menos 4 niveles.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes ajustes de Tiempo de aumento de la presión o rampa en tiempo y no en niveles. Ya que esta configuración depende de la tecnología de cada equipo Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Ajuste de la Rampa de Presión o Rise Time o Rampa.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	16:50:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:14:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en el punto 5 donde solicitan los distintos tipos de Modos ventilatorios tanto para pacientes Adultos/Pediátricos como Neonatales. Solicitamos amablemente a la convocante poder pedir de forma genérica los distintos modos ventilatorios y no con sus nomenclaturas, ya que las mismas dependen exclusivamente de cada marca, por ejemplo, las nomenclaturas PRVC, PSV+VT asegurado y Flujo continuo asistido/controlado corresponden a modos exclusivos de una marca, lo cual ninguna otra podría cumplir. Instamos a la convocante a solicitar modos estándares de ventilación con los distintos modos protectores de manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	16:50:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:14:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en los puntos 6.17, 6.18 y 6.19 solicitan lo siguiente: Pletismografía, EtCO2 – Tiempo y Relación Ti/Ttot.. Se solicita amablemente a la convocante modificar estos puntos por OPCIONALES, ya que los mismos solo lo podría cumplir una marca en específica, imposibilitando la participación de otros oferentes.	20-09-2021	16:51:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:14:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en los puntos 6.17, 6.18 y 6.19 solicitan lo siguiente: Pletismografía, EtCO2 – Tiempo y Relación Ti/Ttot.. Se solicita amablemente a la convocante modificar estos puntos por OPCIONALES, ya que los mismos solo lo podría cumplir una marca en específica, imposibilitando la participación de otros oferentes.	20-09-2021	16:51:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:14:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en el punto 6.22 solicitan lo siguiente: Despliegue de al menos tres Lazos o Loops en simultáneo como mínimo.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con Despliegue de al menos dos lazos en simultáneo. Los cuales cumplen con los parámetros utilizados en los distintos tipos de pacientes solicitados. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Despliegue de al menos dos Lazos o Loops en simultáneo como mínimo.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	16:52:11

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:15:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en los puntos 8.1 y 8.2 solicitan: Aire: Suministro externo de alta presión: 25 o menor a 80 o mayor (psig). Y Oxígeno: Suministro externo de alta presión 25 o menor a 80 o mayor (psig).. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con equipos que cuentan con rangos de presión de entrada de gases de entre 39 psi a 80 psi, permitiendo la participación de una mayor cantidad de oferentes.	20-09-2021	16:52:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:15:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en el punto 9.5 solicitan: Ventilador con batería interna recargable con autonomía de al menos 6 (seis) horas, funcionando sin compresor.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con equipos que cuentan con baterías de hasta 4 horas. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Ventilador con batería interna recargable con autonomía de al menos 4 (cuatro) horas, funcionando sin compresor. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	16:53:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:15:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en el punto 9.8 solicitan: Pantalla gráfica LCD a colores de 17" o mayor, con capacidad de desplegar por los menos 5 gráficos simultáneamente y hasta al menos 6 tipos distintos de curvas seleccionables.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con equipos que cuentan con pantallas de 15,6 pulgadas y de hasta 4 tipos de curvas, teniendo en cuenta que estas especificaciones solo solicitan tres. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Pantalla gráfica LCD a colores de 15" o mayor, con capacidad de desplegar por los menos 5 gráficos simultáneamente y hasta al menos 3 tipos distintos de curvas seleccionables.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	16:54:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:17:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en el punto 9.13 solicitan: Posibilidad de bloqueo de la pantalla táctil. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con equipos que cuentan con otros mecanismos de seguridad ante modificaciones accidentales de los parámetros, como ser la doble confirmación o la confirmación a través del mando rotatorio. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Posibilidad de bloqueo de la pantalla táctil u otros mecanismos de seguridad. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	16:54:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:17:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en el punto 10.9 solicitan: Manómetro para CUFF para presión endotraqueal.. Se solicita amablemente a la convocante eliminar este punto de las especificaciones, dado que este accesorio no forma parte del equipo como tal, sino que es un accesorio totalmente independiente del equipo. Los representantes de ventiladores pulmonares no necesariamente representan esta clase de dispositivos, por lo que solicitarlos implicaría la limitación de participación de oferentes.	20-09-2021	16:55:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:18:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, en los puntos 12.1 y 12.2 solicitan 60 circuitos reutilizables para cada tipo de paciente. Se solicita amablemente a la convocante modificar estos puntos por circuitos descartables, ya que la cantidad solicitada es exagerada e implicaría un sobreincremento excesivo al precio final de la oferta para este ítem. Solo el costo de las cantidades de circuitos reutilizables solicitados excede el precio referencial estipulado para este ítem.	20-09-2021	16:56:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:18:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Para el ítem 11 – Ventilador Pulmonar, instamos a la Convocante a reconsiderar el precio referencial para el ítem solicitado, dado que los mismos son demasiado bajo y no se ajustan a los precios disponibles en el mercado. En la evaluación de precios los mismos no fueron promediados con las cotizaciones solicitadas a las empresas, sino que solo se tomaron los precios más bajos encontrados en licitaciones similares o las cotizaciones más bajas recibidas. El mismo precio referencial sería una limitante para la participación de equipos de excelente calidad y prestación, donde solo podrán participar equipos económicos. Para este ítem en particular, solo los accesorios solicitados superarían de sobremanera el precio referencial fijado.	20-09-2021	16:56:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la modificación de los Datos Cargados en el SICP.	09-05-2022	14:18:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 12 – Ventilador de traslado, en el punto 4.1 solicitan lo siguiente: Flujo Inspiratorio (L/min). Límite inferior 1 o menor. Límite superior 130 o mayor.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con niveles de Flujo inspiratorio máximo de 100 l/min. Los cuales cubren con este rango el tipo de paciente con los cuales serán utilizados Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Flujo Inspiratorio (L/min). Límite superior 100 o mayor.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	17:05:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:19:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 12 – Ventilador de traslado, en el punto 4.2 solicitan lo siguiente: Presión Inspiratoria (cm H2O). Límite inferior 1 o menor. Límite superior 70 o mayor.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con niveles de Presión Inspiratoria entre 3 cm H2O a 55 cm H2O. Los cuales cubren con este rango el tipo de paciente con los cuales serán utilizados Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Presión Inspiratoria (cm H2O). Límite inferior 3 o menor. Límite superior 55 o mayor.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	17:05:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:19:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 12 – Ventilador de traslado, en el punto 4.3 solicitan lo siguiente: Frecuencia Respiratoria (rpm). Límite inferior 3 o menor. Límite superior 150 o mayor.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con niveles de Frecuencia Inspiratoria entre 3 rpm a 60 rpm. Los cuales cubren con este rango el tipo de paciente con los cuales serán utilizados Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Frecuencia Respiratoria (rpm). Límite inferior 3 o menor. Límite superior 60 o mayor.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	17:06:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	14:19:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 12 – Ventilador de traslado, en el punto 4.4 solicitan lo siguiente: Tiempo Inspiratorio (s). Límite inferior 0,15 o menor. Límite superior 5 o mayor.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con niveles de Tiempo Inspiratoria entre 0.2 segundos a 5 segundos. Los cuales cubren con este rango el tipo de paciente con los cuales serán utilizados. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Tiempo Inspiratorio (s). Límite inferior 0,2 o menor. Límite superior 5 o mayor.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	17:07:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:20:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 12 – Ventilador de traslado, en el punto 4.5 solicitan lo siguiente: FiO2 (%). Límite inferior 21. Límite superior 100.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con niveles de FiO2 entre 40% y 100%. Los cuales son los rangos propios de los ventiladores de traslado. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a FiO2 (%). Límite inferior 40. Límite superior 100.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	17:08:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:20:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 12 – Ventilador de traslado, en el punto 4.6 solicitan lo siguiente: PEEP/CPAP (cm H2O). Límite inferior 0 o apagado. Límite superior 40 o mayor.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con niveles de PEEP entre 0 y 20 cm H2O. Los cuales cubren con este rango el tipo de paciente con los cuales serán utilizados. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a FiO2 (%). Límite inferior 40. Límite superior 100.. De manera a no limitar la participación de oferentes.	20-09-2021	17:08:53
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	14:21:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 12 – Ventilador de traslado, en el punto 4.6 solicitan lo siguiente: PEEP/CPAP (cm H2O). Límite inferior 0 o apagado. Límite superior 40 o mayor.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con niveles de PEEP entre 0 y 20 cm H2O. Los cuales cubren con este rango el tipo de paciente con los cuales serán utilizados. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a FiO2 (%). Límite inferior 40. Límite superior 100.. De manera a no limitar la participación de oferentes.		20-09-2021	17:09:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	14:21:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 12 – Ventilador de traslado, en el punto 6.8 solicitan lo siguiente: Presión plateau y AutoPEEP. Se solicita amablemente a la convocante modificar el punto AutoPeep a OPCIONAL, ya que este parámetro no es propio de un ventilador de traslado. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Presión plateau y AutoPEEP (opcional). De manera a no limitar la participación de oferentes.		20-09-2021	17:09:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	14:21:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Dentro de las especificaciones para el ítem 12 – Ventilador de traslado, en el punto 10.2 solicitan lo siguiente: Peso de 5 kg o menos. Incluyendo baterías externas, de ser necesarias.. Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación de oferentes con equipos con 5.8 kg de peso, siendo una diferencia mínima con lo solicitado. Por lo que solicitamos, favor modificar este punto a Peso de 6 kg o menos. Incluyendo baterías externas, de ser necesarias.. De manera a no limitar la participación de oferentes.		20-09-2021	17:10:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	14:22:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para el ítem 12 – Ventilador de traslado, instamos a la Convocante a reconsiderar el precio referencial para el ítem solicitado, dado que los mismos son demasiado bajo y no se ajustan a los precios disponibles en el mercado. En la evaluación de precios los mismos no fueron promediados con las cotizaciones solicitadas a las empresas, sino que solo se tomaron los precios más bajos encontrados en licitaciones similares o las cotizaciones más bajas recibidas. El mismo precio referencial sería una limitante para la participación de equipos de excelente calidad y prestación, donde solo podrán participar equipos económicos. Para este ítem en particular, solo los accesorios solicitados superarían de sobremanera el precio referencial fijado.		20-09-2021	17:10:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la modificación de los Datos Cargados en el SICP.		09-05-2022	14:22:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Punto 4.1 Donde dice Volumen Corriente por Presión Limite inferir: 10 o menor Limite superior: 4000 o mayor Solicitamos diga: Volumen Corriente por Presión Limite inferir: 10 o menor Limite superior: 3000 o mayor		20-09-2021	18:27:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	14:22:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 1.4.3 Solicitan Divisiones de 1 g o menos. Solicitamos permitan cotizar equipos con Divisiones de 5 g o menos, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.		20-09-2021	23:08:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	14:23:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 1.4.5 Solicitan Clase III. Solicitamos permitan cotizar equipos sin clasificación metrológica, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.		20-09-2021	23:08:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		09-05-2022	14:23:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto 1.4.7 Solicitan Superficie de pesaje de al menos 1200 cm2. Sugerimos soliciten Superficie de pesaje de al menos 1300 cm2, de manera a permitir el pesaje de un mayor rango de pacientes.	20-09-2021	23:09:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	14:23:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1. 4.8 Solicitan Display retroiluminado donde se visualicen el peso. Solicitamos permitan cotizar equipos con Display LCD donde se visualicen el peso, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	20-09-2021	23:09:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Un display o pantalla LCD (display de cristal líquido) es un display retro iluminado. El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	14:24:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.4.10 Solicitan: Tallímetro. Solicitamos permitan cotizar tallímetro o cinta métrica incorporada para la medición de la talla del bebé, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	20-09-2021	23:10:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:26:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1. 4.12 Solicitan: Señales audibles. Sugerimos soliciten equipos con Señales audibles y/o señales visuales.	20-09-2021	23:10:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:29:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De acuerdo a los requerimientos y accesorios solicitados en este ítem, por favor se podría elevar el monto del valor referencial?	20-09-2021	23:10:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la modificación de los Datos Cargados en el SICP.	09-05-2022	14:30:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1 solicitan monitor modular, considerando que el monitor se utilizará para el transporte de pacientes, por favor reconsiderar a monitor preconfigurado, por el peso del mismo y por la practicidad para el transporte	20-09-2021	23:11:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	14:30:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita en el punto 4.7 Despliegue de al menos 12 curvas fisiológicas simultáneamente, considerando que la pantalla solicitada es de 10, sugerimos se acepten monitores con despliegue de 8 curvas fisiológicas simultáneamente	20-09-2021	23:12:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:31:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1. 4.13 Solicitan: Bandeja de enamel blanco horneado o plástico. Por seguridad del paciente durante la medición, se sugiere que el material solicitado sea de grado médico, no poroso, para evitar contaminación cruzada y facilitar la limpieza y desinfección.	20-09-2021	23:12:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	14:31:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.8 Capacidad de almacenamiento de al menos 1000 eventos, considerando que los eventos se guardan de manera automática según las horas de almacenamiento con que cuente el monitor, solicitamos se considere almacenamiento de al menos 240 horas y almacenamiento manual de al menos 200 eventos	20-09-2021	23:12:37
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	14:31:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.4.3.2.1 Solicitan: LED blanco de al menos 45 leds. Solicitamos permitan cotizar equipos con fuente de luz de al menos 18 LEDS, considerando que esto varía de acuerdo a cada fabricante.		20-09-2021	23:12:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	14:31:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Como el monitor solicitado en este ítem será usado en transporte y no estará conectado permanentemente a una central, solicitamos que el punto 4.11 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica sea considerado opcional		20-09-2021	23:13:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	14:32:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.4.3.2.1 Solicitan: LED blanco de al menos 45 leds. Solicitamos permitan cotizar equipos con fuente de luz de al menos 18 LEDS, considerando que esto varía de acuerdo a cada fabricante.		20-09-2021	23:13:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	14:32:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.14 se aclara: Los monitores deben contar con espacio (rack o conexiones, de acuerdo a la tecnología del fabricante) para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software. considerando que el monitor se utilizará para el transporte de pacientes, por favor reconsiderar a monitor preconfigurado, por el peso del mismo y por la practicidad para el transporte, también considerando el precio referencial, un rack adicional agregaría costo y no será utilizado.		20-09-2021	23:13:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		09-05-2022	14:33:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.4.3.2.3 Soliciten: Tiempo de vida útil de 30.000 horas Sugerimos soliciten al menos Tiempo de vida útil de 60.000 horas		20-09-2021	23:13:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		09-05-2022	14:33:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Puntos 5.1.2 Posibilidad de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones y Punto 7.5 Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de 10 puntas para despliegue simultaneo de las 12 derivaciones para calidad diagnóstica. Como la aplicación del monitor es para uso con pacientes neonatales, será físicamente imposible la colocación de un cable para ECG de 10 derivaciones, solicitamos se modifiquen estos puntos a: 5.1.2 Posibilidad de despliegue simultáneo de 5 derivaciones y Punto 7.5 Un cable troncal y un cable paciente para ECG de 3 puntas.		20-09-2021	23:14:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	14:33:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.4.3.4 Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 93 % como mínimo. Sugerimos soliciten Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 96 % como mínimo.		20-09-2021	23:14:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	14:34:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
- Punto 7.3 20 (veinte) Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva: 2 (dos) para 3 a 6 cm cia. brazo, 4 (cuatro) para 4 a 8 cm cia. Brazo, 8 (ocho) para 6 a 11 cm cia. Brazo, 4 (cuatro) para 7 a 13 cm cia. brazo y 2 (dos) para 8 a 15 cm cia. brazo. 2 (dos) mangueras con conector para los brazaletes. Como los brazaletes para uso neonatal (debido al material muy suave) son de un solo uso por favor podrían considerar solicitar 20 unidades del tamaño #1, 20 unidades del tamaño #2, 20 unidades del tamaño #3 y 20 unidades del tamaño #4		20-09-2021	23:14:37

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	14:34:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4.3.5 Solicitan: Sistema de reflexión de lentes individual por LED. SOLICITAMOS ELIMINAR ESTE REQUERIMIENTO, CONSIDERANDO QUE ESTA TECNOLOGIA SERIA APLICABLE SOLO A LOS SISTEMAS DE ILUMINACION QUE OPERAN CON REFLEXION POR ESPEJOS.	20-09-2021	23:14:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	14:34:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4. 5.2 Solicitan Batería interna con indicador de la carga y autonomía, con carga de 100% en por lo menos 3 horas. Sugerimos soliciten al menos Batería interna con indicador de la carga y autonomía, con carga de 100% en por lo menos 3 horas, con 1 menos 10 horas de autonomía y alarma visual de carga baja.	20-09-2021	23:15:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	14:34:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De acuerdo a los requerimientos y accesorios solicitados en este ítem, por favor se podría elevar el monto del valor referencial?	20-09-2021	23:15:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la modificación de los Datos Cargados en el SICP.	09-05-2022	14:35:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5. 5.1.4 Solicitan Detección de por lo menos 20 arritmias. Sugerimos soliciten Detección de por lo menos 24 arritmias.	20-09-2021	23:15:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	14:35:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1 donde se solicita monitor modular, por favor considerar que se puedan cotizar monitores preconfigurados con todos los parámetros solicitados en este ítem, pero con opción de agregar módulos para ampliar la funcionalidad de los mismos.	20-09-2021	23:16:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	14:35:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 11.5.8 Solicitan MMV + PSV La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Articulo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor POR EL SIGUIENTE ENUNCIADO: ASV ó AMV + PSV	20-09-2021	23:16:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:21:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.9 Capacidad de almacenamiento de al menos 1000 eventos, considerando que los eventos se guardan de manera automática según las horas de almacenamiento con que cuente el monitor, solicitamos se considere almacenamiento de al menos 240 horas y almacenamiento manual de al menos 200 eventos	20-09-2021	23:16:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:22:05
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 11.6.18 Solicitan: EtCO2 - Tiempo Sugerimos modificar este requerimiento por EtCO2 – Tiempo por método SIDESTREAM	20-09-2021	23:16:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	15:22:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica, solicitamos aclarar que esta funcionalidad es a través de la central de monitoreo	20-09-2021	23:16:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con referencia al ítem consultado 6.4.15 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica Se aclara que monitor debe poseer funcionalidad de transmisión inalámbrica que permita a dispositivos autorizados al acceso a parámetros monitoreados por el equipo, como así también capacidades de conectividad con central de monitoreo.	09-05-2022	15:22:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 11. 9.16 Solicitan: Conectividad mediante MEDICAL INFORMATION BUS / ISO / IEEE 11073 (Incluyendo accesorios y software necesario para la conexión). La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Artículo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos eliminen este requerimiento, que direcciona a un único proveedor.	20-09-2021	23:17:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:23:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.18 se aclara: Los monitores deben contar con espacio (rack o conexiones, de acuerdo a la tecnología del fabricante) para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software. Considerando el precio referencial asignado a este ítem, solicitamos permitan ofertar monitor preconfigurado y con posibilidad de agregar un rack adicional en el futuro.	20-09-2021	23:17:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	15:23:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 12.10.2 Solicitan: Peso de 5 kg o menos. Incluyendo baterías externas, de ser necesarias. Sugerimos soliciten que el equipo cuente con pantalla de al menos 12", con peso inferior a 11 KG	20-09-2021	23:17:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:23:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Puntos 5.1.2 Posibilidad de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones y Punto 7.5 Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de 10 puntas para despliegue simultaneo de las 12 derivaciones para calidad diagnóstica. Como la aplicación del monitor es para uso con pacientes neonatales, será físicamente imposible la colocación de un cable para ECG de 10 derivaciones, solicitamos se modifiquen estos puntos a: 5.1.2 Posibilidad de despliegue simultáneo de 5 derivaciones y Punto 7.5 Un cable troncal y un cable paciente para ECG de 3 puntas.	20-09-2021	23:18:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:23:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 7.3 20 (veinte) Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva: 2 (dos) para 3 a 6 cm cia. brazo, 4 (cuatro) para 4 a 8 cm cia. Brazo, 8 (ocho) para 6 a 11 cm cia. Brazo, 4 (cuatro) para 7 a 13 cm cia. brazo y 2 (dos) para 8 a 15 cm cia. brazo. 2 (dos) mangueras con conector para los brazaletes. Como los brazaletes para uso neonatal (debido al material muy suave) son de un solo uso por favor podrían considerar solicitar 20 unidades del tamaño #1, 20 unidades del tamaño #2, 20 unidades del tamaño #3 y 20 unidades del tamaño #4.	20-09-2021	23:18:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:23:59

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente considerar el precio referencial de Gs. 20.000.000 que por la tecnología de los Equipos solicitados es insuficiente, además de la cantidad de accesorios que se deben entregar con ellos. Por lo que solicitamos un precio Referencial de Gs. 55.0000.000	21-09-2021	07:50:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la modificación de los Datos Cargados en el SICP.	09-05-2022	15:24:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice, cada equipo entregado deberá estar acompañado de: Manual de usuario original en idioma español o traducción en idioma español realizado por un traductor matriculado. Manual técnico original en idioma español, portugués o inglés. Favor aclarar si lo solicitado es requisito necesario para el ítem 9, si es así favor considerarlo como opcional.	21-09-2021	08:00:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que lo solicitado no aplica para el ítem de referencia.	09-05-2022	15:24:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se menciona en los puntos: h) Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar servicio técnico de los equipos ofertados. i) Presentación de certificado que acrediten contar con servicio técnico capacitado y habilitado por el fabricante a realizar servicio técnico al equipo ofertado. j) Certificación emitida por el fabricante de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado, con una antigüedad no mayor a un (1) año de fabricación. El mismo será requerido legalizado por el Consulado del país de origen para la firma del contrato. Favor aclarar si lo solicitado es requisito necesario para el ítem 9, si es así favor considerarlo como opcional.	21-09-2021	08:00:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que lo solicitado no aplica para el ítem de referencia.	09-05-2022	15:25:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Pausa Inspiratoria (s) Límite inferior 0,01 o menor y Limite superior 3 o mayor, solicitamos diga:ausa Inspiratoria (s) Límite inferior 0,01 o menor y Limite superior 2 o mayor	21-09-2021	08:10:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:25:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Pausa Expiratoria (s) Límite inferior 0,01 o menor y Limite superior 3 o mayor, solicitamos diga:pausa Expiratoria (s) Límite inferior 0,01 o menor y Limite superior 2 o mayor	21-09-2021	08:12:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:26:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan:100% O2 durante (min) Limite inferior 1 o menor y Limite superior 20 o myor Solicitamos: digs 100% O2 hasta 3 min	21-09-2021	08:14:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:26:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 6.17 Pletismografía, solicitamos que el parametro monitorizado mostrado en pantalla: Pletismografía sea opcional	21-09-2021	08:17:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:26:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Suministro de gases suministro externo de alta presión: 25 o menor a 80 psi o mayor Solicitamos: Donde dice Suministro de gases suministro externo de alta presión: 25 o menor a 80 psi o mayor	21-09-2021	08:43:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:27:00
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Suministro de gases AIRE y OXIGENO suministro externo de alta presión: Aire y oxígeno 25 o menor a 80 psi o mayor Solicitamos: Donde dice Suministro de gases suministro externo de alta presión: 25 o menor a 80 psi o mayor	21-09-2021	08:45:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:27:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 9.5 Ventilador con batería interna recargable con autonomía de al menos 6 (seis) horas, funcionando sin compresor, solicitamos diga: Ventilador con batería interna recargable con autonomía de al menos 2 (dos) horas, funcionando con compresor o turbina	21-09-2021	08:52:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:27:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 5 Monitor multiparamétrico de traslado, dice: Detección de por lo menos 20 arritmias. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Detección de por lo menos 15 arritmias.	21-09-2021	08:54:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	15:28:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 5 Monitor multiparamétrico de traslado, dice: 20 (veinte) Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva: 2 (dos) para 3 a 6 cm cia. brazo, 4 (cuatro) para 4 a 8 cm cia. Brazo, 8 (ocho) para 6 a 11 cm cia. Brazo, 4 (cuatro) para 7 a 13 cm cia. brazo y 2 (dos) para 8 a 15 cm cia. brazo. 2 (dos) mangueras con conector para los brazaletes. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: 20 (veinte) Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva: 5 (cinco) Brazaletes NIBP, Infantil, 10cm-15cm (+/- 2cm), reusable, 5 (cinco) Brazaletes NIBP, niño pequeño, 13cm-17cm (+/-2cm), 10 (diez) Brazaletes NIBP, niño, 16cm-21.5cm (+/- 2cm), reusable, 2 (dos) mangueras con conector para los brazaletes.	21-09-2021	08:55:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:29:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 6 Monitor multiparamétrico, dice: Detección de por lo menos 20 arritmias. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Detección de por lo menos 15 arritmias.	21-09-2021	08:55:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	15:29:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 6 Monitor multiparamétrico, dice: 20 (veinte) Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva: 2 (dos) para 3 a 6 cm cia. brazo, 4 (cuatro) para 4 a 8 cm cia. Brazo, 8 (ocho) para 6 a 11 cm cia. Brazo, 4 (cuatro) para 7 a 13 cm cia. brazo y 2 (dos) para 8 a 15 cm cia. brazo. 2 (dos) mangueras con conector para los brazaletes. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: 20 (veinte) Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva: 5 (cinco) Brazaletes NIBP, Infantil, 10cm-15cm (+/- 2cm), reusable, 5 (cinco) Brazaletes NIBP, niño pequeño, 13cm-17cm (+/-2cm), 10 (diez) Brazaletes NIBP, niño, 16cm-21.5cm (+/- 2cm), reusable, 2 (dos) mangueras con conector para los brazaletes.	21-09-2021	08:56:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:30:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 8 Oxímetro de pulso, dice: Método de medición: Absorción-espectrofotometría. Respetuosamente solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Método de medición: Absorción-espectrofotometría (opcional).	21-09-2021	08:57:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	15:30:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Capacidad técnica. Inciso J) dice: Certificación emitida por el fabricante de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado, con una antigüedad no mayor a un (1) año de fabricación. El mismo será requerido legalizado por el Consulado del país de origen para la firma del contrato. Respetuosamente Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado, con una antigüedad no mayor a un (1) año de fabricación. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.	21-09-2021	08:57:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:30:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 1 Balanza pediátrica Donde dice: Clase III. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita este punto sea eliminado o declarado OPCIONAL, considerando que esta clasificación eleva el valor del bien y el precio referencial ya es bajo respecto al precio del mercado.	21-09-2021	08:58:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La clase solicitada en el P.B.C hace referencia a balanzas con exactitud media. El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	15:31:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 1 Balanza pediátrica Donde dice: Display retroiluminado donde se visualicen el peso. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita: Display digital donde se visualicen el peso.	21-09-2021	08:59:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	09-05-2022	15:31:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 1 Balanza pediátrica Donde dice: Señales audibles. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita sea: Señales audibles (OPCIONAL)	21-09-2021	08:59:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:31:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 1 Balanza pediátrica Donde dice: Superficie de pesaje de al menos 1200 cm². Respetuosamente solicitamos a la convocante permita: Superficie de pesaje de al menos 550 x 165 x 330 mm.	21-09-2021	08:59:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente podrá ofertar dimensiones propuestas cumpliendo con lo solicitado. El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	15:32:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM 1 Balanza pediátrica Donde dice: Apagado automático.. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita sea: Apagado automático (OPCIONAL)	21-09-2021	09:00:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:32:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Pantalla grafica a colores de 17" o mayor con capacidad de desplegar por lo menos 5 graficos simultáneamente y hasta al menos 6 tipos distintos de curvas seleccionables , solicitamos diga Donde dice Pantalla grafica a colores de 12" o mayor con capacidad de desplegar por lo menos 3 curvas y 2 loops	21-09-2021	09:04:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:33:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 9.9 Donde dice ajuste de inclinación de la pantalla LCD, solicitamos que este punto sea opcional	21-09-2021	09:05:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:33:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Capacidad de memorizar ultimo modo programado, solicitamos que este punto sea opcional	21-09-2021	09:08:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:34:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega a 120 días llevando en cuenta la cantidad de equipos solicitados. Siendo todos los equipos de importación.	21-09-2021	09:10:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	15:34:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Pedestal con sistema de cuatro ruedas antiestáticas y frenos en dos ruedas como mínimo, solicitamos respetuosamente permitan cotizar equipos de luminoterapia con 3 ruedas y frenos en al menos una rueda, ya que esto no hace ninguna diferencia en cuanto a la funcionalidad y la prestación del equipo, sino solo limita y direcciona a una marca y un modelo en particular, caso contrario no nos resta más que hacer uso de nuestros derechos y reclamar mediante protesta.	21-09-2021	09:11:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:34:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Humidificador compatible para uso con el ventilador de este ítem, favor aclarar si el Humidificador debe ser servocontrolado	21-09-2021	09:12:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El humidificador deberá poder utilizarse con el ventilador ofertado y cumplir su función específica. El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	15:35:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Al menos 20 (veinte) protectores oculares reutilizables por equipo para circunferencia cefálica entre 20 a 29 cm. Solicitamos no limitar las medidas a valores absolutos, que hacen a una marca en particular, por lo que recomendamos indicar Al menos 20 (veinte) protectores oculares reutilizables por equipo para circunferencia cefálica entre 20 a 29 cm como mínimo	21-09-2021	09:12:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:36:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Al menos 20 (veinte) protectores oculares reutilizables por equipo para circunferencia cefálica entre 30 a 38 cm. Solicitamos no limitar las medidas a valores absolutos, que hacen a una marca en particular, por lo que recomendamos indicar Al menos 20 (veinte) protectores oculares reutilizables por equipo para circunferencia cefálica entre 30 a 38 cm como mínimo.	21-09-2021	09:12:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:36:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Al menos 5 (cinco) aberturas en la cúpula de acceso al paciente. Al menos 2 (una) puerta con cortina de aire. Consideramos que existe una incongruencia, donde indican en número el 2 y luego en letras una. Solicitamos modificar de la siguiente manera Al menos 1 (una) puerta con cortina de aire ya que solo cuenta con dos aberturas de acceso, y si pide al menos debería de ser una puerta con cortina de aire, que la que habitualmente cuentan todas las marcas del mercado, y de manera a no limitar la participación.	21-09-2021	09:14:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:36:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan Cámara de humidificación reusable adulto. Cantidad al menos 3 (tres), considerando que el equipo será utilizado para el servicio de Neonatología, recomendamos diga: Cámara de humidificación reusable neonatal. Cantidad al menos 3 (tres)	21-09-2021	09:14:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:37:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Punto 7.6 , la cantidad de accesorios solicitados encarece de sobremara al monitor. solicitamos a la convocante verificar este punto y disminuir las cantidades.	21-09-2021	09:14:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:37:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionados eléctricamente, de al menos $\pm 15^\circ$. Solicitamos que permitan la cotización de equipos de movimientos accionados manual o eléctricamente de al menos $\pm 10^\circ$, de manera a dar participación y no dirigir las especificaciones a la Incubadora Marca Medix, Modelo Natal Care de procedencia Argentina.	21-09-2021	09:15:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:38:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Al menos 5 (cinco) aberturas en la cúpula de acceso al paciente. Al menos 2 (una) puerta con cortina de aire. Solicitamos que el punto referente a cortina de aire, sea considerado como OPCIONAL, atendiendo que por un principio de seguridad en relación a evitar la dispersión de virus y bacterias en la UTI muchas marcas relevantes del mercado optan por no incluir en sus equipos ningún sistema de movimientos de aire, ni si quiera de sus partes. Favor considerar este punto, de manera a dar más participación y seguridad en las salas de UTI.	21-09-2021	09:15:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:38:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.4 donde dice Presión Inspiratoria (cm H2O). Límite inferior -50 o menor. Límite superior 120 o mayor, solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con limite inferior de al menos 2 cm H2O y Límite superior de 90 cmH2O. Considerando que la solicitud de estos ventiladores es para la utilización en neonatos y difícilmente, para no decir imposible que se trabaje con presiones superiores a los 90 cmH2O, y el valor negativo solicitado no se aplica a la manera de ventilar. Por lo expresado y además para la apertura del ítem para la participación de potenciales oferentes solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Presión Inspiratoria (cm H2O). Límite inferior 2 o menor. Límite superior 90 o mayor.	21-09-2021	09:16:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:38:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.5 donde dice Frecuencia Respiratoria (rpm). Límite inferior 1 o menor. Límite superior 180 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con limite superior de 150, y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes.	21-09-2021	09:16:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:39:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.13 donde dice Presión Controlada (PCV) (cm H2O). Límite inferior 1 o menor. Límite superior 95 o mayor (sobre PEEP) solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con limite inferior de al menos 2 cmH2O y así dar participación a potenciales oferentes, atendiendo que este pedido no afecta ni para bien ni para mal a las prestaciones que se le daría al paciente	21-09-2021	09:16:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:39:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Plazo de entrega del monitor, tratandose de equipos importados solicitamos a la convocante un plazo de 120 dias para la entrega, instalacion y puesta en marcha.	21-09-2021	09:17:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	15:39:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Control de oxígeno servocontrolado. Rango de control: 25% a 70%. Flujo: 5 a 15 l/min. Solicitamos que permitan la cotización de equipos con Rango de control como mínimo de: 25% a 60%, de manera a dar participación y no dirigir las especificaciones a la Incubadora Marca Medix, Modelo Natal Care de procedencia Argentina.	21-09-2021	09:18:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	15:40:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Sensores neonatales de Saturación de Oxígeno. Al menos 3 (tres) por equipo. (Se deberán entregar sensores si el equipo tiene módulo de medición de saturación de oxígeno). Creemos que existe un error involuntario en el punto donde indican, entregar sensores si el equipo tiene módulo de medición de saturación de oxígeno ya que la misma es una exigencia, en ningún momento indica como opcional, porque además hace mucha diferencia en cuanto al precio del equipo que la misma cuente con saturación o se considere como opcional, así como el hecho de entregar o no los accesorios. Al respecto, considerando un rango de medición muy importante en la UTI, recomendamos que el equipo cuente con medición de la Saturación de Oxígeno y se proporcione los accesorios solicitados.		21-09-2021	09:18:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	15:40:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 2 Equipo para luminoterapia en el punto 5.1 y 5.2 solicitan protectores reutilizables Solicitamos a la convocante poder cotizar 50 unidades de descartables en reemplazo de los reutilizables, la razón es que estos accesorios deberían ser utilizados por cada paciente y descartar para salvaguardar las infecciones cruzadas que podrían tener al utilizar accesorios reusables.		21-09-2021	09:18:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	15:40:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
dice: Conectividad a la red de monitoreo, favor incluir información acerca de las protocolos de red de monitoreo a la que debe tener conectividad		21-09-2021	09:19:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El ítem hace referencia a la capacidad que posea el monitor para conectarse de manera alámbrica o inalámbrica a una futura red de monitoreo central de la misma marca que los monitores adjudicados. El equipo ofertado deberá tener esa funcionalidad.		09-05-2022	15:41:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 10 Equipo de Servocuna en el punto 3.1 solicitan Normas de calidad específicas: FDA, CE, ANVISA o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos a la convocante poder cotizar norma de calidad de la Anmat ya que solicitan ANVISA y es parte del MERCOSUR, de esta manera se dará mayor participación a los proveedores.		21-09-2021	09:19:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	15:42:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Pedestal con sistema de cuatro ruedas antiestáticas y frenos en dos ruedas como mínimo. Solicitamos amablemente permitan cotizar de acuerdo al diseño del fabricante debido a que hay diseños de 3 ruedas y no afectan a la funcionalidad del equipo		21-09-2021	09:19:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	15:42:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 10 Equipo de Servocuna en el punto 8.4 solicitan Con ajuste de altura de funcionamiento eléctrico. Solicitamos a la convocante poder alzar el precio de referencia ya que este punto tiene un precio distinto por lo tanto solicitamos que el nuevo precio referencial sea de 90.000.000		21-09-2021	09:20:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a la modificación de los Datos Cargados en el SICP.		09-05-2022	15:42:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 3 Incubadora Solicitan modo servohumedad, servo oxígeno y balanza Solicitamos a la convocante poder incrementar los precios referenciales ya que estos modos tienen precios distintos a incubadoras comunes. Por lo tanto solicitamos poder elevar a un referencial de 110.000.000 por cada incubadora		21-09-2021	09:20:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a la modificación de los Datos Cargados en el SICP.		09-05-2022	15:43:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

DONDE SOLICITAN: 4.5 Medidas dentro de los siguientes rangos: en el punto 4.7 Largo: 60 - 90 cms, solicitamos respetuosamente permitan cotizar equipos de Largo: entre 60 - 120 cms, ya que esto no hace ninguna diferencia en cuanto a la funcionalidad y la prestación del equipo, sino solo limita y direcciona a una marca y un modelo en particular, ya que las medidas son estándares de cada fabricante, caso contrario no nos resta más que hacer uso de nuestros derechos y reclamar mediante protesta.	21-09-2021	09:20:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:43:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.13 donde dice Presión Controlada (PCV) (cm H2O). Límite inferior 1 o menor. Límite superior 95 o mayor (sobre PEEP) solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con limite inferior de al menos 2 cmH2O y así dar participación a potenciales oferentes, atendiendo que este pedido no afecta ni para bien ni para mal a las prestaciones que se le daría al paciente.	21-09-2021	09:21:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:49:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko) de al menos 3 m de longitud. No se aceptarán adaptadores. Solicitamos respetuosamente, no limitar la participación con especificaciones que hacen a una marca y modelo en particular, y con especificaciones que no hacen a la funcionalidad y prestación del equipo. Todas las unidades de terapias son desarrolladas con gran cantidad de tomas de corriente, que hacen que los equipos no queden a larga distancia de una toma de energía, ya que eso puede significar también un problema a la hora de ocasionar tropiezos, solicitamos permitan equipos con cables de 1 a 3 metros.	21-09-2021	09:21:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:49:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante anticipo financiero de al menos del 30% para cubrir los gastos de importacion, la solicitud obedece a que el IPS se encuentra muy atrasado con los pagos.	21-09-2021	09:21:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	15:49:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.19 donde dice Nebulizador integrado al equipo sincronizado con la fase inspiratoria. Rango de tiempo (min): 0 a 20 o mayor, solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de tiempo de 5 a 60 min, considerando que el tiempo mínimo de nebulización no puede ser 0 min, eso significa que esta en OFF y no es un rango, por otro lado usualmente lo mínimo que se nebuliza a un paciente es de 5 min y puede llegar incluso a una hora. El rango mínimo solicitado solo lo cumple una marca y deja fuera de competencia a potenciales oferentes.	21-09-2021	09:21:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:50:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.18 donde dice 100 % O2 durante (min). Límite inferior 1 o menor. Límite superior 20 o mayor solicitamos amablemente a la convocante replantear esta especificación considerando que esta aplicación de proporcionar 100% O2 al paciente se aplica para los procedimientos de aspiración, para garantizar el O2 y evitar las alarmas durante el procedimiento. Las comunidades medicas internacionales, la OMS e incluso la FDA no recomiendan que el tiempo máximo sea superior a 2 min, y es por este motivo que los fabricantes diseñan los ventiladores con la capacidad de entregar hasta 2 min 100%O2, y en caso de necesitar mas tiempo se vuelve a seleccionar esta utilidad en el ventilador. Lo solicitado en este ítem obedece al cumplimiento de un solo fabricante, dejando de competencia a potenciales oferentes de calidad reconocida internacional con certificaciones como CE y FDA, y dejando solo a ofertar equipos fabricados en nuestra región como Argentina o Brasil. Por todo lo expuesto solicitamos a la convocante que el ítem quede de la siguiente manera: 100 % O2 durante 2 min.	21-09-2021	09:22:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:50:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.21 donde dice Rise Time al menos 4 niveles solicitamos amablemente a la convocante aclarar el pedido de niveles, considerando que este parámetro se ajusta al tiempo, usualmente en un rango de tiempo, como por ejemplo 0 a 400 ms para Neontaos, etc... Por tal motivo solicitamos a la convocante aclare el ítem y señale que al referenciar en la oferta sea dada por rango de tiempo y no en niveles ya que se podría tomar a varias interpretaciones la misma.	21-09-2021	09:22:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:51:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 9.8 donde dice Pantalla gráfica LCD a colores de 17" o mayor, con capacidad de desplegar por los menos 5 gráficos simultáneamente y hasta al menos 6 tipos distintos de curvas seleccionables solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con pantalla de al menos 13 y desplegar al menos 5 tipos de curvas en pantalla, y así dar participación a potenciales oferentes.	21-09-2021	09:23:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:51:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 9.9 donde dice Ajuste de inclinación de la pantalla LCD solicitamos amablemente a la convocante considerar el ítem como opcional, considerando que es una característica que depende de la fabricación del ventilador, no afectaría para el caso donde la pantalla no sea móvil, entonces dejaría de competencia a potenciales oferentes.	21-09-2021	09:23:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:51:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 9.14 donde dice Perilla selectora para ajuste de valores de los parámetros de control solicitamos amablemente a la convocante considere este ítem como opcional considerando que esta característica depende de cada criterio de fabricación y deja de competencia a modelos de equipos de altas prestaciones.	21-09-2021	09:24:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:51:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Pantalla de 12 pulgadas como mínimo. Podría ser Pantalla de 15 pulgadas como mínimo para mejor visualización de parámetros	21-09-2021	09:26:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:52:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 9.2 donde dice Capacidad para ventilar pacientes desde 300 grs. Que tienen comprometida la función respiratoria solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de ventilar pacientes desde 400 grs y así dar apertura a la licitación a la participación de potenciales oferentes	21-09-2021	09:28:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:52:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Despliegue de al menos 8 curvas fisiológicas simultáneamente. Podría ser: Despliegue de al menos 12 curvas fisiológicas simultáneamente debido a que estos equipos serán utilizados en terapia neonatal en los cuales se necesitan la visualización de muchas curvas	21-09-2021	09:28:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:53:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En los ítems 5.10 donde dice VSV - Volumen Soporte, ítem 5.14 donde dice VCV asistido / controlado e ítem 5.18 donde dice Flujo continuo asistido / controlado solicitamos amablemente a la convocante considerar estos ítems como opcionales, considerando que el equipo solicitado para el presente llamado es para el servicio de Neonatología y no para la Terapia Adultos del IPS. Estas modalidades ventilatorias son Volumétrica y se aplica a pacientes adultos, por lo que estos ítems además de ser incorrecto, limita y deja de competencia a potenciales competidores que cuentan con ventiladores exclusivos para Neonatos	21-09-2021	09:28:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	15:53:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Posibilidad de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones, favor aclarar si se refiere a posibilidad de agregar a futuro despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones o si el equipo ya debe tener incluida la función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones,	21-09-2021	09:28:43
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	15:53:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde Dice: Con batería de al menos 4 horas de autonomía. Podría ser: Como se tratan de Monitores de 15 pulgadas de Terapia Neonatal y no son equipos de transporte solicitamos que la autonomía de la Batería sea de 60 minutos como mínimo		21-09-2021	09:32:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	16:00:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 2.4.2 Solicitan Pedestal con sistema de cuatro ruedas antiestáticas y frenos en dos ruedas como mínimo. Solicitamos modificar este requerimiento por: Pedestal con sistema de cuatro ruedas de al menos 50 mm y frenos en dos ruedas como mínimo.		21-09-2021	09:35:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	16:00:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 2.4.4 Solicitan: Leds que emitan luz de 420 a 480 nm de longitud de onda luego de ser filtrada. Solicitamos permitan cotizar equipos con Leds que emitan luz de 440 a 460 nm de longitud de onda luego de ser filtrada, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.		21-09-2021	09:35:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	16:01:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 2.5.3 Solicitan: Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko) de al menos 3 m de longitud. No se aceptarán adaptadores. Solicitamos permitan cotizar equipos con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko) de al menos 2.5 m de longitud.		21-09-2021	09:36:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	16:01:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 2.5.3 Solicitan: Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko) de al menos 3 m de longitud. No se aceptarán adaptadores. Solicitamos permitan cotizar equipos con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko) de al menos 2.5 m de longitud.		21-09-2021	09:37:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	16:01:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 3. 4.2 Solicitan Al menos 5 (cinco) aberturas en la cúpula de acceso al paciente. Al menos 2 (una) puerta con cortina de aire. Sugerimos soliciten Al menos 6 (seis) aberturas en la cúpula de acceso al paciente Favor aclarar cuantas puertas con cortina de aire.		21-09-2021	09:37:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	16:03:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 3. 4.2 Solicitan Al menos 5 (cinco) aberturas en la cúpula de acceso al paciente. Al menos 2 (una) puerta con cortina de aire. Sugerimos soliciten Al menos 6 (seis) aberturas en la cúpula de acceso al paciente Favor aclarar cuantas puertas con cortina de aire.		21-09-2021	09:38:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23		09-05-2022	16:03:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde Dice: Cien domos desechables o Cien kits de transductor desechable, por cada canal. Podría ser: Cincuenta domos desechables o Cien Kits de transductor desechable, por cada canal.		21-09-2021	09:38:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	16:03:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 3. 4.3 Solicitan: 8 (ocho) o más accesos para tubuladuras y sensores. Sugerimos soliciten al menos 12 (doce) o más accesos para tubuladuras y sensores	21-09-2021	09:38:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:04:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto:3. 4.4 Solicitan: Altura del piso a la base del colchón: 80 cm como mínimo. Sugerimos soliciten Altura del piso a la base del colchón: 99 cm como mínimo.	21-09-2021	09:39:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:05:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto:3. 4.5 Solicitan Área de la cuna del paciente: 35 cm o más x 55 cm o más. Sugerimos soliciten Área de la cuna del paciente: 38 cm o más x 63 cm o más.	21-09-2021	09:39:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:05:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3. 4.9 Solicitan: Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionados eléctricamente, de al menos ± 15°. Solicitamos permitan cotizar equipos con Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionados eléctricamente, de al menos ± 12°.	21-09-2021	09:39:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	16:05:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.4.10 Solicitan: Nivel de ruido en funcionamiento dentro de la cúpula: 60 dBA o menos. Sugerimos soliciten Nivel de ruido en funcionamiento dentro de la cúpula: 47 dBA o menos.	21-09-2021	09:40:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:07:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN el punto 3. 4.11 Solicitan: Movilidad mediante 4 (cuatro) ruedas antiestáticas con frenos en al menos 2 (dos) de ellas. Solicitamos permitan cotizar : Movilidad mediante 4 (cuatro) ruedas con frenos en al menos 2 (dos) de ellas.	21-09-2021	09:40:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:08:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.4.13 Solicitan Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko) de al menos 3 m de longitud. No se aceptarán adaptadores. Solicitamos permitan cotizar equipos con con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko) de al menos 2.5 m de longitud	21-09-2021	09:41:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	16:08:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.4.18 Solicitan: Capacidad del tanque de agua: 1 litro o más. Sugerimos soliciten Capacidad del tanque de agua: de al menos 1.5 litros o más.	21-09-2021	09:41:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:09:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.4.19 Solicitan: Carga de trabajo: 7 kg como mínimo. Sugerimos soliciten: Carga de trabajo: 10 kg como mínimo.	21-09-2021	09:41:41

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:09:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Cronómetro digital, solicitamos amablemente puedan aclarar si este cronómetro digital debe estar incorporado al equipo, e indicar los valores en la pantalla del equipo principal y no como un equipo anexo independiente a la servocuna, el cual normalmente son extraviados.	21-09-2021	09:41:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	16:10:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.5.3.1 Solicitan: Rango de control de temperatura de 25°C o menos a 38°C o más. Sugerimos soliciten: Rango de control de temperatura de 20°C o menos a 39°C o más.	21-09-2021	09:41:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:10:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.5.5 Solicitan: Control de humedad servocontrolado. Rango de control: 40% o menos a 80% o más. Sugerimos soliciten: Control de humedad servocontrolado. Rango de control: 30% o menos a 95% o más.	21-09-2021	09:42:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:10:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.5.6 Solicitan: Control de oxígeno servocontrolado. Rango de control: 25% a 70%. Flujo: 5 a 15 l/min. Solicitamos permitan cotizar equipos con Control de oxígeno servocontrolado. Rango de control: 21% a 65%.	21-09-2021	09:42:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	16:11:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.5.7 Solicitan: Balanza electrónica con rango de medición de 0 a 7 kg o más. Sugerimos soliciten: Balanza electrónica con rango de medición de al menos 0 – 10 kg	21-09-2021	09:43:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:11:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.6.5 Solicitan: Frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno. Solicitamos eliminar este requerimiento de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	21-09-2021	09:43:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:12:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.9.2 Solicitan: Sensores neonatales de Saturación de Oxígeno. Al menos 3 (tres) por equipo. (Se deberán entregar sensores si el equipo tiene modulo de medición de saturación de oxígeno) Solicitamos eliminar este requerimiento de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	21-09-2021	09:43:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:12:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 10. 4.6 Solicitan: Ancho: 50 - 75 cms. Solicitamos permitan cotizar equipos con ancho de 90 cm, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes	21-09-2021	09:44:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	16:13:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto: 10. 4.7 Solicitan Largo: 60 - 90 cms. Solicitamos permitan cotizar equipos con largo de hasta 179 cm, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes	21-09-2021	09:44:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	16:13:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 10. 4.8 Carga de trabajo: 7 Kg. como mínimo. Sugerimos soliciten: Carga de trabajo: 10 Kg. como mínimo.	21-09-2021	09:44:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:13:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 10. 4.11 Solicitan: Frenos en al menos dos ruedas. Sugerimos soliciten Frenos en las cuatro ruedas, para mayor seguridad del paciente	21-09-2021	09:45:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:14:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 10.4.17 Solicitan: Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionado eléctrico o manual de al menos ± 15°. Solicitamos permitan cotizar equipos con Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionado eléctrico o manual de al menos ± 12°.	21-09-2021	09:45:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	16:14:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 10.8.9 Solicitan: Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko) de al menos 3 m de longitud. No se aceptarán adaptadores. Solicitamos permitan cotizar equipos con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko) de al menos 2.5 m de longitud	21-09-2021	09:45:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	16:14:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos amablemente, solicitar tres sistemas de EEG de 08 canales por la totalidad de los Equipos y que los Monitores cuenten con la función aEEG aplicable a Neonatología habilitada.	21-09-2021	09:51:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	16:15:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 Lámpara Cialítica portátil En una parte de las especificaciones técnicas dice: Libre de sombras a la interposición de cuerpos. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización con: Libre de sombras a la interposición de cuerpos o iluminancia residual con sombreado 80% (+/- 5 % de variación permitida)	21-09-2021	09:52:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:15:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 Lámpara Cialítica portátil En una parte de las especificaciones técnicas dice: Ensamblado en base de aluminio. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización con: Ensamblado en base de aluminio o polímero de alta resistencia.	21-09-2021	09:53:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	16:15:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 Lámpara Cialítica portátil En una parte de las especificaciones técnicas dice: Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización con: Temperatura de color en el rango de 3500 a 5000 grados Kelvin (o mayor rango)..	21-09-2021	09:53:23
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:16:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 Lámpara Cialítica portátil En una parte de las especificaciones técnicas dice: Diámetro del campo de iluminación de 20 cm como mínimo. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización con: Diámetro del campo de iluminación de 18 cm como mínimo.	21-09-2021	09:53:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:16:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 Lámpara Cialítica portátil En una parte de las especificaciones técnicas dice: Batería interna con indicador de la carga y autonomía, con carga de 100% en por lo menos 3 horas. Solicitamos aclarar ¿la batería debe tener una duración de por lo menos 3 horas?	21-09-2021	09:54:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El ítem hace referencia a la autonomía de la batería que, con carga al 100%, debe ser de al menos tres horas.	09-05-2022	16:16:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos que el monitor tenga la capacidad de la medicion de Gasto cardiaco por software sin necesidad de ningún parámetro invasivo	21-09-2021	09:54:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente podrá ofertar la funcionalidad o capacidad mencionada sin ir en desmerito de las EETT solicitadas en el PBC.	09-05-2022	16:17:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 Lámpara Cialítica portátil En una parte de las especificaciones técnicas dice: Giro rotatorio de 360°. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización con: Giro rotatorio de 180° como mínimo.	21-09-2021	09:54:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	16:17:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos que los Monitores tengan full disclosure de 72hs y 5 curvas en simultaneo	21-09-2021	09:55:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-05-2022	16:18:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El el paramentro de SPO2 sugerimos que el Monitor tenga la capacidad de medicion del Indice de Pefusion	21-09-2021	09:59:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 23	09-05-2022	16:18:32

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80011068-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508019101	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	13-05-2022	16-05-2022	17-12-2022
Oferente: V & V S.A - RUC: 80038216-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508005400	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	16-05-2022	16-05-2022	16-11-2022

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Oferente: V & V S.A - RUC: 80038216-1

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 2

--	--	--	--	--	--

Oferente: Medical Supply Sociedad Anonima - RUC: 80092809-1 Categoría: Sin categorizar Nro. Oferente: 3

1508005404	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	16-05-2022	16-05-2022	12-12-2022
------------	--------	--------------------	------------	------------	------------

--	--	--	--	--	--

Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 5

1508007593	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS	16-05-2022	16-05-2022	02-12-2022
------------	--------	-----------------------	------------	------------	------------

--	--	--	--	--	--

Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 6

1508001916	Póliza	REGIONAL S. A. DE SEGUROS	16-05-2022	16-05-2022	12-12-2022
------------	--------	---------------------------	------------	------------	------------

--	--	--	--	--	--

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	41111508-002	Balanza neonatología digital					13
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	BALMAK	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	ELP-25BB	BRASIL	BALANZA PEDIATRICA	2.200.000	28.600.000
V & V S.A - 80038216-1	V&V	Taixing Aida Import & Export Co., LTD.	EBSL-20L	China	Balanza Pediátrica digital	2.885.000	37.505.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42191802-001	Equipo de luminoterapia					15
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	FANEM	FANEM LTDA.	BILITRON 5006	BRASIL	EQUIPO PARA LUMINOTERAPIA	35.000.000	525.000.000
V & V S.A - 80038216-1	David Medical	Ningbo David Medical Device Co., LTD.	XHZ-90L	China	Equipo para Luminoterapia	51.950.000	779.250.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L	MEDILED	ARGENTINA	Equipo de luminoterapia	67.960.334	1.019.405.010

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42271714-001	Incubadoras					15
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	FANEM	FANEM LTDA.	VISION ADVANCED 2286	BRASIL	INCUBADORA DE TERAPIA INTENSIVA	105.000.000	1.575.000.000

V & V S.A - 80038216-1	David Medical	Ningbo David Medical Device Co., LTD.	YP-2200B	China	Incubadoras para Terapia Intensiva	155.000.000	2.325.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L	NATALCARE LX	ARGENTINA	Incubadoras	164.333.332	2.464.999.980

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	39101602-003	Lámpara Scialitica Portátil					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	MEDPEJ	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	FL-2000-ALD	BRASIL	LAMPARA SCIALITICA DE PIE	66.000.000	132.000.000
V & V S.A - 80038216-1	ARI Medical	ARI Medical technology Co., Ltd.	AML700E LED	China	Lampara scialitica portatil	86.400.000	172.800.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	42181904-002	Monitor de transporte					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	Philips	Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc.	Efficia CM120	Alemania	Monitor multiparamétrico de traslado	50.296.400	50.296.400

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	42181904-002	Monitor Multiparamétrico					56
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN CORPORATIO	BSM-3763	JAPON	MONITOR MULTIPARAMETRICO	71.000.000	3.976.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	Philips	Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc.	Efficia CM150	Alemania	Monitor Multiparamétrico	85.122.000	4.766.832.000
CATERERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	BIOLIGHT	BIOLIGHT	Q7	CHINA	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	66.000.000	3.696.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	42142105-9999	Monitor para enfriamiento					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	42181801-001	Oxímetro de pulso portátil					20
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	ACCURATE	Hunan Accurate Bio-Medical Technology Co.,Ltd	HS-20A	China	Oxímetro Pulso portatil	5.000.000	100.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	41123403-003	Porta sueros					70
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	MEDIMUEBLE	LCM SOCIEDAD ANONIMA	FIJO - 4 SERVICIOS	NACIONAL	PORTA SUEROS	300.000	21.000.000

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory Ltd	FS514	China	Porta suero	600.000	42.000.000
------------------------	--------	---	-------	-------	-------------	---------	------------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	42191802-003	Servocunas					30
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	FANEM	FANEM LTDA.	AMPLA 2085	BRASIL	SERVOCUNA	69.000.000	2.070.000.000
V & V S.A - 80038216-1	David Medical	Ningbo David Medical Device Co., LTD	HKN-93	China	Servocuna	105.000.000	3.150.000.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	WEGO	Ningbo David Medical Device Co., Ltd.	HKN-93	China	Servocunas	95.820.000	2.874.600.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Neotech	Nice Neotech Medical System	Nice 5000	INDIA	SERVOCUNA	92.169.000	2.765.070.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	SM 401	ARGENTINA	Servocunas	137.445.000	4.123.350.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	42272223-001	Ventilador Pulmonar Neonatal					14
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	MAGNAMED	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA SA	FLEXIMAG MAX 500	BRASIL	VENTILADOR UTI NEONATAL	270.000.000	3.780.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	IMTMEDICAL	IMTMEDICAL AG	BELLAVISTA 1000	SINGAPUR	Ventilador Pulmonar Neonatal	410.000.000	5.740.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	42272223-001	Ventilador pulmonar neonatal de transporte					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	MAGNAMED	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA SA	OXYMAG	BRASIL	VENTILADOR NEONATAL UTI DE TRANSPORTE	235.500.000	235.500.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	41115321-9999	Visualizador de Venas					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
V & V S.A - 80038216-1	VEINCAS	Shenzhen VIVOLIGHT Medical Device & Technology CO., LTD.	V800P	China	Visualizador de Venas	156.000.000	780.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
14	42271714-002	Incubadoras de cuidados intensivos					15
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	FANEM	FANEM LTDA.	VISION ADVANCED 2286	BRASIL	INCUBADORAS	110.000.000	1.650.000.000
V & V S.A - 80038216-1	David Medical	Ningbo David Medical Device Co., LTD	YP-2200B	China	Incubadora de cuidados intensivos	155.000.000	2.325.000.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	WEGO	Ningbo David Medical Device Co., Ltd.	YP-2000	China	Incubadoras de cuidados intensivos	189.600.000	2.844.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	NATALCARE LX	ARGENTINA	Incubadoras de cuidados intensivos	164.333.332	2.464.999.980

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Balanza neonatología digital				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	17.810.000	17-05-2022	08:28:16.288	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e5f7ea680171af4e0fa05a1de5d7349	
V & V S.A - 80038216-1	18.000.000	17-05-2022	08:28:22.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af407eb83307eb54b6af02e5078a5b0b	
V & V S.A - 80038216-1	18.075.000	17-05-2022	08:28:16.725	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d75ec83182dd5a299210a9713f3e9570	
V & V S.A - 80038216-1	18.100.000	17-05-2022	08:28:11.126	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b88db0dda434d3bdd6effcc65fdb96c1	
V & V S.A - 80038216-1	18.125.000	17-05-2022	08:28:06.766	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eec3c3db8f6bbc40867fe55844804b60	
V & V S.A - 80038216-1	18.150.000	17-05-2022	08:28:02.426	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4b06b97b93c713b9a2569ec9b1bf433	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	18.200.000	17-05-2022	08:27:53.628	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	742b023b45415604c5d9cfef084ac13f	
V & V S.A - 80038216-1	18.400.000	17-05-2022	08:27:58.555	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c979c37800cce7abc8e2b3a0be33e0e5	
V & V S.A - 80038216-1	18.500.000	17-05-2022	08:27:53.135	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	780a081017f73d5c95b4dd89482dbe51	
V & V S.A - 80038216-1	18.650.000	17-05-2022	08:27:49.065	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec5e16445d4e1acc382e174d1839c7f3	
V & V S.A - 80038216-1	18.750.000	17-05-2022	08:27:43.418	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0146d3faf39ff4fb551e5daaf21f8088	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	19.000.000	17-05-2022	08:27:38.751	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f342a1d48fdfebe001a1f7ac7570a837	
V & V S.A - 80038216-1	19.150.000	17-05-2022	08:27:38.738	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a0d26821aab10bf01ea20981bb9e493	
V & V S.A - 80038216-1	19.350.000	17-05-2022	08:27:34.304	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b748e1cb5b58bf9c8dc8343497429ca	
V & V S.A - 80038216-1	19.400.000	17-05-2022	08:27:29.687	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77d5701f3f8b9f68ccf0b2a99453b062	
V & V S.A - 80038216-1	19.500.000	17-05-2022	08:27:25.481	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97f033e349d03c0e4d207fd095c4439f	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	19.500.000	17-05-2022	08:27:27.247	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae60d7fc920db7110a80c332271c3861	
V & V S.A - 80038216-1	19.750.000	17-05-2022	08:27:20.840	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b60c1dc91831bf5fda2deec8198b074d	
V & V S.A - 80038216-1	19.950.000	17-05-2022	08:27:16.119	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebd234a034ab86b5cb5732c8434458c7	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	20.540.000	17-05-2022	08:27:10.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04d136b0dc722228cc00bf740bc2e41	
V & V S.A - 80038216-1	23.000.000	17-05-2022	08:27:11.393	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a59c5c14d45a2463b951ad784359be4e	
V & V S.A - 80038216-1	23.250.000	17-05-2022	08:27:07.351	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17cbc20af9729dc4feb0c29cf59b26f0	
V & V S.A - 80038216-1	23.500.000	17-05-2022	08:27:02.933	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be9d52f4ace175b91244e1113226e19b	
V & V S.A - 80038216-1	23.950.000	17-05-2022	08:26:58.944	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c170ab8c6ad08b8d626f4abb264d71d7	

Listado General de todas las Ofertas

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	24.050.000	17-05-2022	08:26:55.071	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66aa36a28e6951041c1f953c6891623e	
V & V S.A - 80038216-1	24.150.000	17-05-2022	08:26:53.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	480543378df5b9814a8b89f1eab09251	
V & V S.A - 80038216-1	24.500.000	17-05-2022	08:26:48.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5ff932e0003c66fd6209071a2d689c6	
V & V S.A - 80038216-1	24.750.000	17-05-2022	08:26:44.022	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3938cd3976efd170bff52ac80cde2b87	
V & V S.A - 80038216-1	25.000.000	17-05-2022	08:26:38.798	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84cedda8a86bfa38c4ddf3ec55f3c7a6	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	25.090.000	17-05-2022	08:26:41.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6eb489a139510d42f964602b4d1a306	
V & V S.A - 80038216-1	25.500.000	17-05-2022	08:26:34.513	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f7825e8a32bd7b721cb75428e42d43c	
V & V S.A - 80038216-1	25.750.000	17-05-2022	08:26:30.405	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8cfd21bda41584e8203cecdad85990f	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	26.000.000	17-05-2022	08:26:24.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63651e24ba5415891fea82cefe52bc6a	
V & V S.A - 80038216-1	26.150.000	17-05-2022	08:26:26.358	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	895c10a02e46ec4af1efe806d6eaa7f0	
V & V S.A - 80038216-1	26.350.000	17-05-2022	08:26:21.809	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21e79c5e270d74b5eac142e467f4a3be	
V & V S.A - 80038216-1	26.500.000	17-05-2022	08:26:16.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdf4d9f1da857138661e64d0aa8ba7ba	
V & V S.A - 80038216-1	26.950.000	17-05-2022	08:26:11.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c19f09bc945d351db9d0fd32b2013331	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	27.170.000	17-05-2022	08:26:06.007	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f236720801d8fe523104bf06b00f6f60	
V & V S.A - 80038216-1	27.350.000	17-05-2022	08:26:07.057	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e63f9599cb47d74c781bc066cc3e73e4	
V & V S.A - 80038216-1	27.500.000	17-05-2022	08:26:02.572	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d501fc15c6e010e7c575dc476f6f6c9	
V & V S.A - 80038216-1	27.850.000	17-05-2022	08:25:55.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9b023e47a546ec8c192cd63776b3837	
V & V S.A - 80038216-1	27.950.000	17-05-2022	08:25:50.663	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a435fb10a01a8f9a774400c9e7c2f271	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	28.080.000	17-05-2022	08:25:43.060	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6269e18a73cd4c00159dd5bf5d8309b9	
V & V S.A - 80038216-1	28.100.000	17-05-2022	08:25:45.772	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1240bae50ff759722fbb4f80815ab805	
V & V S.A - 80038216-1	28.150.000	17-05-2022	08:25:40.610	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63407005970884d2121de4f4320f5dee	
V & V S.A - 80038216-1	28.250.000	17-05-2022	08:25:34.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b95008920b419cb6e79c7761cea983db	
V & V S.A - 80038216-1	28.300.000	17-05-2022	08:25:27.935	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1db04accd3dcac802821f53e43bad77	
V & V S.A - 80038216-1	28.350.000	17-05-2022	08:25:22.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ff5502ae9953d25175062beac6d2d2	
V & V S.A - 80038216-1	28.400.000	17-05-2022	08:25:15.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a057c5d90aeec0964eecca5681894135	
V & V S.A - 80038216-1	28.500.000	17-05-2022	08:25:09.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e761cb66d5269a94d8cef37d6ce464a	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	28.600.000	17-05-2022	08:00:47.028	Propuesta
		Código Verificador:	aad5ab40c4e72c93c27ee3f1203aad5d	
V & V S.A - 80038216-1	37.505.000	17-05-2022	08:00:47.029	Propuesta
		Código Verificador:	b496aadf071204df72752d0bea8c4453	

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	241.500.000	17-05-2022	08:41:47.777	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	979e26af924aa2bbb6c43bbb525393bf	
V & V S.A - 80038216-1	242.000.000	17-05-2022	08:41:43.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f8b9700837e1fc200fdb8273aa4c82d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	242.000.000	17-05-2022	08:41:45.969	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4b4e23a38cc9a5ce776dc04a06bc9e8	
V & V S.A - 80038216-1	243.000.000	17-05-2022	08:41:39.523	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	046e9ebc795e0e823b79a5af23e2794b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	243.000.000	17-05-2022	08:41:40.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cad8bb0a0cd97364f5649426963a186e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	245.000.000	17-05-2022	08:41:34.110	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7039d85abaa5b43b917081a0fbc01631	
V & V S.A - 80038216-1	245.000.000	17-05-2022	08:41:35.683	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5aef1bd532f025098585ed7f77d787f	
V & V S.A - 80038216-1	247.000.000	17-05-2022	08:41:31.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	273221dd79b48cfb3163abaadb120654	
V & V S.A - 80038216-1	248.000.000	17-05-2022	08:41:27.409	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8de65b498e64f0187bfc2cf01a513f7	
V & V S.A - 80038216-1	249.000.000	17-05-2022	08:41:23.612	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c350ceecb43b06e93d4a3a81a5259a2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	249.000.000	17-05-2022	08:41:26.115	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c47c528033cc5a5eaf181b79d481ca3c	
V & V S.A - 80038216-1	250.000.000	17-05-2022	08:41:18.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed575f74f97eef38ee6ff337cacbd52a	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	252.000.000	17-05-2022	08:41:29.158	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	577f3740ef5acd024612775227720c9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	253.000.000	17-05-2022	08:41:19.025	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af425c95b6075b25c8cdb4b435d3b730	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	255.000.000	17-05-2022	08:41:13.241	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1f0b153b15587a3a6d9ead5fb4e536a	
V & V S.A - 80038216-1	255.000.000	17-05-2022	08:41:14.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f73849e6a155df0e85deebbe9ada3f08	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	257.000.000	17-05-2022	08:41:07.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c56ba6ac61ab5bee27393cbd9a7842d3	
V & V S.A - 80038216-1	257.000.000	17-05-2022	08:41:08.890	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	612fd91be87764ca6c9ba17abeaba21	
V & V S.A - 80038216-1	258.000.000	17-05-2022	08:41:04.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86157b994c77694dcd385d50f94c4fb0	
V & V S.A - 80038216-1	259.000.000	17-05-2022	08:40:59.968	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f12e239f0d69a0a703c5a0a3e2e30d02	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	259.000.000	17-05-2022	08:41:02.024	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1186debec3f98b65c07ef28ba2a8c10e	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	260.000.000	17-05-2022	08:40:53.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2b85e9606ff0404ffd8af40882ee8cd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	261.000.000	17-05-2022	08:40:53.432	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78ca6e7e9a3c6f378c554037a8da133f	
V & V S.A - 80038216-1	261.250.000	17-05-2022	08:40:55.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57fbda4d7341ba8f60f48f9dca5043a	
V & V S.A - 80038216-1	261.500.000	17-05-2022	08:40:50.704	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ab5f50c766c10ed58d1ce516f24447d	
V & V S.A - 80038216-1	262.000.000	17-05-2022	08:40:46.219	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5eb2d74d4218c2dfdc11b4f3bb81c5e	
V & V S.A - 80038216-1	263.000.000	17-05-2022	08:40:42.098	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9aa076a7957ccd088f807c80f68e0cd6	
V & V S.A - 80038216-1	265.000.000	17-05-2022	08:40:36.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d591e7dd8868e2fa5cc6b9c9f13fa983	
V & V S.A - 80038216-1	270.000.000	17-05-2022	08:40:32.406	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	b0a6c4e5da7d361db59ac9764e2bd96a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	275.000.000	17-05-2022	08:40:25.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebfc21e3fc455c7660b132d4c34f8dcd	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	279.000.000	17-05-2022	08:40:31.770	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f6dc5d438f7049081bc99c46965dff1	
V & V S.A - 80038216-1	281.000.000	17-05-2022	08:40:27.181	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	276c9543af9b0456aa892e5cfdfd6938	
V & V S.A - 80038216-1	281.250.000	17-05-2022	08:40:14.348	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36c1826ba077fada10185fa9a128ac3e	
V & V S.A - 80038216-1	281.500.000	17-05-2022	08:39:59.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	337755ebde4fb3a6012b3002f2df8f85	
V & V S.A - 80038216-1	282.000.000	17-05-2022	08:39:53.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae0f649300fc7a4d1c763b1f8f608ac4	
V & V S.A - 80038216-1	283.000.000	17-05-2022	08:39:49.321	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02d7ec374abd78996989365636c4eb7a	
V & V S.A - 80038216-1	285.000.000	17-05-2022	08:39:45.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b0ae7ce7bb77225565646b24a58949	
V & V S.A - 80038216-1	290.000.000	17-05-2022	08:39:40.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef53bbc3b18fcd95f9225d6fe2b3b35	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	294.000.000	17-05-2022	08:39:40.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffd72a9190aa5c5c69c1a2d64435d8fe	
V & V S.A - 80038216-1	295.000.000	17-05-2022	08:39:36.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	887f5979b56ce6149ddc1ae06a68925	
V & V S.A - 80038216-1	300.000.000	17-05-2022	08:39:32.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55a264d2d34996038fffc1628c2751db	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	303.000.000	17-05-2022	08:39:29.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5750b5e47ee769913997e851e1ca06de	
V & V S.A - 80038216-1	305.000.000	17-05-2022	08:39:28.191	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c875561bcb3df7045b76fab80ba33a8d	
V & V S.A - 80038216-1	310.000.000	17-05-2022	08:39:23.981	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75b0e696078df3c20e6090b5d00a0c4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	310.000.000	17-05-2022	08:39:27.981	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4abee58b0a7e5f2fef482ffb22c4a657	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	315.000.000	17-05-2022	08:39:15.183	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05d3a8baf3925bb2b5e088e54a951958	
V & V S.A - 80038216-1	335.000.000	17-05-2022	08:39:18.949	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e58d726e2ee91595e595fbb2fda576f	
V & V S.A - 80038216-1	338.000.000	17-05-2022	08:39:12.523	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06c10c8110d949081e1d95fabda14fdf	
V & V S.A - 80038216-1	340.000.000	17-05-2022	08:39:08.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d251a22ced063ebe18bd1eac6256dc8	
V & V S.A - 80038216-1	345.000.000	17-05-2022	08:39:04.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42e496e41022798a31d11a12a54a6f62	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	345.000.000	17-05-2022	08:39:09.339	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e107004d72b8fb4c1bcf1499a1f8007c	
V & V S.A - 80038216-1	350.000.000	17-05-2022	08:38:59.745	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a792f0ed48b1c6f0bd35ada9818df667	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	369.000.000	17-05-2022	08:39:02.557	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcbdd76d621db709597b5b5df4293201	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	370.000.000	17-05-2022	08:38:58.661	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e4d36602dfa0de87c6d440db9dde2ab	
V & V S.A - 80038216-1	378.000.000	17-05-2022	08:38:55.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c894d41334ba6e2a5040b5b67d6f175	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	380.000.000	17-05-2022	08:38:49.965	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbb7b1c9a3c4545c9b0d2d8d8250baa1	
V & V S.A - 80038216-1	380.000.000	17-05-2022	08:38:51.202	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22cfacd5024871288aa0a799569b765f	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	381.000.000	17-05-2022	08:38:57.346	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	b2c19a5cfcee91d8f59081287e12e184
V & V S.A - 80038216-1	385.000.000	17-05-2022	08:38:46.974 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2259e2f3c3937c0354a0977fbbd06ece
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	387.000.000	17-05-2022	08:38:47.062 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b67773b7152da79b827b0452f842ced
V & V S.A - 80038216-1	390.000.000	17-05-2022	08:38:42.947 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f3c49a5d7676239fb4ec3bcc8675e33
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	393.000.000	17-05-2022	08:38:37.357 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0111f2518a5fd70b5ac103ec3243e5c5
V & V S.A - 80038216-1	395.000.000	17-05-2022	08:38:38.000 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfa33dafd6951ab8cfe0b79edad5a9e5
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	397.000.000	17-05-2022	08:38:41.598 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b937ddfaa33edfe4da1939bc3916d65a
V & V S.A - 80038216-1	398.000.000	17-05-2022	08:38:32.845 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41526dde9fb12ef4be6d55b07880d8fa
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	402.000.000	17-05-2022	08:38:26.715 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1c6354c391b80e1dbfa38e7aaf50f3c
V & V S.A - 80038216-1	410.000.000	17-05-2022	08:38:27.883 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31ed879781610ae60d3906c2aeec83a9
V & V S.A - 80038216-1	415.000.000	17-05-2022	08:38:23.257 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	120d0e1511d582b127d786b68a4aaace
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	420.000.000	17-05-2022	08:38:18.473 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08624ea1cf23443890b0d2cb1c50ae33
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	438.000.000	17-05-2022	08:38:26.824 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cf618dc1f334dbdd4fd3b44b3bfd859
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	445.000.000	17-05-2022	08:38:16.721 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66841cc259b20510b54530da613e32e0
V & V S.A - 80038216-1	445.000.000	17-05-2022	08:38:18.525 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e501f1805826e4b68678d0cb0005dd22
V & V S.A - 80038216-1	448.000.000	17-05-2022	08:38:14.381 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	979abf61d1f005c455c1a31adb7b7605
V & V S.A - 80038216-1	450.000.000	17-05-2022	08:38:10.479 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb3b1c2e57b9898847e215c8f67710ce
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	450.000.000	17-05-2022	08:38:12.912 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd7c430a2ffa47eb3af99ade39423b70
V & V S.A - 80038216-1	455.000.000	17-05-2022	08:38:04.813 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d222d4ce7644fef1f9f7367de3ee8490
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	458.000.000	17-05-2022	08:38:06.756 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4f8bf1dc8c799371ad3bb4d251831ce
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	459.000.000	17-05-2022	08:38:06.608 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43ef72995282c91acd782c80198c5644
V & V S.A - 80038216-1	460.000.000	17-05-2022	08:37:59.438 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab3828bb5e50a9122f19c2b9e1dbd0c7
V & V S.A - 80038216-1	467.000.000	17-05-2022	08:37:55.212 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78cf049baf32814725d1834db250f8b3
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	468.000.000	17-05-2022	08:37:45.675 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e02187e39d22c932bfef4dcbe69e1f0a
V & V S.A - 80038216-1	470.000.000	17-05-2022	08:37:48.598 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fee7e5ad0e136092f55c5b4b225aafb
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	475.000.000	17-05-2022	08:37:43.439 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fbecf55f156dadd83b8709c493b5f443
V & V S.A - 80038216-1	484.000.000	17-05-2022	08:37:44.157 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c37ce584cbb5723d2948c81de41051b1
V & V S.A - 80038216-1	485.000.000	17-05-2022	08:37:38.974 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4143590bc89992f012e8bacd6e5c238
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	486.000.000	17-05-2022	08:37:36.227 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15e779614a97f44dba507deac1eae0ad
V & V S.A - 80038216-1	489.000.000	17-05-2022	08:37:34.694 Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	0569dc96752d2858d63e6f134b97a0d5
V & V S.A - 80038216-1	490.000.000	17-05-2022	08:37:27.341
		Código Verificador:	5f4a0a2783ee5d5684ae16db7bf0ad
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	494.000.000	17-05-2022	08:37:27.154
		Código Verificador:	a9c5a7fb53b0f48e96380e9627dd3911
V & V S.A - 80038216-1	495.000.000	17-05-2022	08:37:19.291
		Código Verificador:	7b3a06b2cb718c872ee1ce1bd8ebd87e
V & V S.A - 80038216-1	500.000.000	17-05-2022	08:37:13.503
		Código Verificador:	89f9ab81e9e25126d14e640be9a17e38
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	510.000.000	17-05-2022	08:37:03.792
		Código Verificador:	e4d830294ff5d76539b760ce3de1c673
V & V S.A - 80038216-1	520.000.000	17-05-2022	08:37:09.296
		Código Verificador:	227f014017893bd315088d64a902494e
V & V S.A - 80038216-1	523.000.000	17-05-2022	08:36:57.172
		Código Verificador:	c3613956b616714217a4b89ddb146b49
V & V S.A - 80038216-1	524.000.000	17-05-2022	08:36:52.362
		Código Verificador:	f65b8fa45773a5f06ffac6e0d48e96a
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	525.000.000	17-05-2022	08:00:47.405
		Código Verificador:	b424a7c7e10af53fa929259bdb99672a
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	730.000.000	17-05-2022	08:37:04.316
		Código Verificador:	f752b936f69750a1c818c8ee6f5a371
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	775.250.000	17-05-2022	08:36:28.354
		Código Verificador:	280e354766a66248bdb295899afb7c46
V & V S.A - 80038216-1	779.250.000	17-05-2022	08:00:47.425
		Código Verificador:	63ea28223498b0b56c486f2781f40c77
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.019.405.010	17-05-2022	08:00:47.385
		Código Verificador:	451b433de0cdd646beb7cb8cd1772948

3 - Incubadoras

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.355.000.000	17-05-2022	08:51:59.449	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3fbc41da760032434d47a3f1ff7e6db5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.369.000.000	17-05-2022	08:51:51.316	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e13a41415a98da7e0d6950047dcb51e3	
V & V S.A - 80038216-1	1.378.000.000	17-05-2022	08:51:51.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b7f2a93ccabe918a6234438e75451cd	
V & V S.A - 80038216-1	1.379.000.000	17-05-2022	08:51:46.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c4227af99fc0ef6d2772a9af13bab67	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.380.000.000	17-05-2022	08:51:35.417	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3992497aa879ab03a261f7dbe25b7e04	
V & V S.A - 80038216-1	1.389.000.000	17-05-2022	08:51:33.286	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	513e44151fe831c49f2d445f3ddce09b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.390.000.000	17-05-2022	08:51:23.621	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4bfce7fc1ef4a32865c1f9c5fd057917	
V & V S.A - 80038216-1	1.425.500.000	17-05-2022	08:51:26.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d52d839b635c59b54ac860d42192b26	
V & V S.A - 80038216-1	1.426.000.000	17-05-2022	08:51:20.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	870c23e653d509f7321163523156db39	
V & V S.A - 80038216-1	1.427.000.000	17-05-2022	08:51:15.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	747ff4ca725eaab7fca5cd6a2f860461	
V & V S.A - 80038216-1	1.428.000.000	17-05-2022	08:51:10.387	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebf77698d7a3249ec543f47ee3aacb01	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.429.000.000	17-05-2022	08:51:03.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	275fd5cfd884282da5a7cc6674ab3	
V & V S.A - 80038216-1	1.436.000.000	17-05-2022	08:51:01.699	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb566866735945cbf757c453e8850107	
V & V S.A - 80038216-1	1.437.000.000	17-05-2022	08:50:55.956	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbbdc55d013b8d3ff323ba449f29c3cd	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.439.000.000	17-05-2022	08:50:39.574	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35607bead40e9d125680116d7db624da	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.470.000.000	17-05-2022	08:50:42.581	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	553f5a2996491fc5a648f94d942c415e	
V & V S.A. - 80038216-1	1.471.500.000	17-05-2022	08:50:38.726	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d574c45173a30033e38b25330d0c948e	
V & V S.A. - 80038216-1	1.472.000.000	17-05-2022	08:50:32.245	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94dd40fc5c37db560eaa618c08c8b399	
V & V S.A. - 80038216-1	1.473.000.000	17-05-2022	08:50:25.999	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b0f9103d490cf24f834dbd37b6d6d7c	
V & V S.A. - 80038216-1	1.474.000.000	17-05-2022	08:50:19.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52e76106dd3495e910f80e9616735af5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.475.000.000	17-05-2022	08:49:07.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33fd95fb434afee222d5b4bb8b3049a	
V & V S.A. - 80038216-1	1.485.000.000	17-05-2022	08:49:56.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa64f149dde5cf569fa5740f14b65de3	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.575.000.000	17-05-2022	08:00:47.768	Propuesta
		Código Verificador:	eb811d1744163da46553848a35b4696f	
V & V S.A. - 80038216-1	2.325.000.000	17-05-2022	08:00:47.775	Propuesta
		Código Verificador:	a4285f78db08b17ce20c46633b96bd6e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.464.999.980	17-05-2022	08:00:47.758	Propuesta
		Código Verificador:	7ae00d28a795e6d8c8e0679991d4d616	

4 - Lámpara Scialitica Portátil

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	72.000.000	17-05-2022	09:05:26.585	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99d9e0a0d4d2be14945b3dd02d2f371e	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	74.000.000	17-05-2022	09:04:57.491	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4adc2f8067d78709d515667e5c3e31be	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	75.000.000	17-05-2022	09:03:39.995	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	705e454051a3cbeefdb2977578b0f254	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	78.000.000	17-05-2022	09:03:05.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74108b76974896501f199a642a6745b4	
V & V S.A. - 80038216-1	80.000.000	17-05-2022	09:03:07.330	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67794c04215e7b47fb3bed4616597e95	
V & V S.A. - 80038216-1	80.250.000	17-05-2022	09:03:02.691	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68d1da9b14fcdfe382b0ea9c9cf2a18b	
V & V S.A. - 80038216-1	80.500.000	17-05-2022	09:02:55.108	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82b474b0bad8e0bceb2c20d8a02858d3	
V & V S.A. - 80038216-1	81.000.000	17-05-2022	09:02:51.220	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7373259a86b8d3ddc8652d9842426848	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	82.000.000	17-05-2022	09:02:43.347	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71f9f8ab96bf1af54efb642cde7a1d48	
V & V S.A. - 80038216-1	82.500.000	17-05-2022	09:02:46.544	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e8dcaa0f39520e0a235dfb933ebe790	
V & V S.A. - 80038216-1	83.000.000	17-05-2022	09:02:41.738	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88cc74bdced1448712e59d7cf80adc5d	
V & V S.A. - 80038216-1	84.500.000	17-05-2022	09:02:36.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2bb454097f96e22d33511eca5991cb63	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	85.000.000	17-05-2022	09:02:29.677	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7cb6169a1aa9be305e5cd7e7aa51f74b	
V & V S.A. - 80038216-1	86.000.000	17-05-2022	09:02:31.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21803bc17b23122922b6ecc305f8af74	
V & V S.A. - 80038216-1	87.500.000	17-05-2022	09:02:25.068	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2640395606201bb203d609aade0f0e7	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	88.000.000	17-05-2022	09:02:16.373	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47a833c7d9bd784dd5498f00dcc46682	
V & V S.A. - 80038216-1	89.250.000	17-05-2022	09:02:18.787	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	654d13665fb3febb127f0977788e9ec1
V & V S.A - 80038216-1	89.500.000	17-05-2022	09:02:12.804
		Código Verificador:	da2b5ce9137fe9870ecf6b300ad7e482
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	90.000.000	17-05-2022	09:02:05.807
		Código Verificador:	c1772e5b4bd6e341373b5f929c983a02
V & V S.A - 80038216-1	91.500.000	17-05-2022	09:02:05.017
		Código Verificador:	757ff2fc90de12ed012cfa72367daf95
V & V S.A - 80038216-1	91.750.000	17-05-2022	09:01:57.942
		Código Verificador:	6973cf2a05d78a4da3980bc56a68cef0
V & V S.A - 80038216-1	92.000.000	17-05-2022	09:01:52.111
		Código Verificador:	c3aa8e09de0b211240ccdb5a02bcc7ff
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	93.000.000	17-05-2022	09:01:42.693
		Código Verificador:	2a0b74294362a9722a3694f8a617b919
V & V S.A - 80038216-1	94.250.000	17-05-2022	09:01:47.227
		Código Verificador:	64ea33c16c8b025fe7181f2c9e1b32b9
V & V S.A - 80038216-1	94.500.000	17-05-2022	09:01:42.389
		Código Verificador:	5035977481315227d719d8d9b9dd3d1a
V & V S.A - 80038216-1	94.750.000	17-05-2022	09:01:37.764
		Código Verificador:	3b6d0ade6843a5aa1a314e688d0c3d5
V & V S.A - 80038216-1	95.000.000	17-05-2022	09:01:32.329
		Código Verificador:	0b35638976f2b529b95e04c31931a7d6
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	96.000.000	17-05-2022	09:01:32.159
		Código Verificador:	fd7b31d436a7fc520f46082f622a70b9
V & V S.A - 80038216-1	97.000.000	17-05-2022	09:01:27.688
		Código Verificador:	74f3f1b77bed111339975a667a8e763e
V & V S.A - 80038216-1	97.500.000	17-05-2022	09:01:22.757
		Código Verificador:	e19685caf5d69b2660ba0d98eac5f746
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	98.000.000	17-05-2022	09:01:14.527
		Código Verificador:	0e00cb99143219f741d1206127059f25
V & V S.A - 80038216-1	98.100.000	17-05-2022	09:01:16.722
		Código Verificador:	223fd80a64ea6dd32db5c025a674faef
V & V S.A - 80038216-1	98.150.000	17-05-2022	09:01:11.600
		Código Verificador:	7b35800f8bf73c4ed523f362963473e
V & V S.A - 80038216-1	98.250.000	17-05-2022	09:01:01.797
		Código Verificador:	d176afe033ffaf4433bcf7e5db0bc3f3
V & V S.A - 80038216-1	98.500.000	17-05-2022	09:00:56.201
		Código Verificador:	3ccc8e3f8974ff33dde26c91284b34e1
V & V S.A - 80038216-1	98.750.000	17-05-2022	09:00:51.030
		Código Verificador:	c07e773992c908c249a7c4debeff4ec7
V & V S.A - 80038216-1	100.000.000	17-05-2022	09:00:45.574
		Código Verificador:	37b066b73a942f4cee7ad6deb6cb8cb0
V & V S.A - 80038216-1	101.000.000	17-05-2022	09:00:40.869
		Código Verificador:	525583005728d1d4900f0adb786bd9fe
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	102.000.000	17-05-2022	09:00:38.891
		Código Verificador:	8bed16b55a444a671e220aa7f53ed3c2
V & V S.A - 80038216-1	102.750.000	17-05-2022	09:00:34.667
		Código Verificador:	f4d47a25ff8260ba7b3882164f5e336d
V & V S.A - 80038216-1	103.000.000	17-05-2022	09:00:30.444
		Código Verificador:	2d991210915cf74598bc4df51cc4ad40
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	105.000.000	17-05-2022	09:00:25.588
		Código Verificador:	991a4cfe6f4d2dbf226e9946be58a0cb
V & V S.A - 80038216-1	114.000.000	17-05-2022	09:00:25.518
		Código Verificador:	31a1530339f3c95d86420a1f97b84f76
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	115.000.000	17-05-2022	09:00:15.970
		Código Verificador:	dca808fa6a2f25d459b155f8ebc5f634
V & V S.A - 80038216-1	115.500.000	17-05-2022	09:00:20.184
		Código Verificador:	c94283edf30b7eb38d8d8aa580344218
V & V S.A - 80038216-1	115.750.000	17-05-2022	09:00:15.027
		Código Verificador:	

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	1f69e71e416310c45cb8da78b7744e72	
V & V S.A - 80038216-1	116.500.000	17-05-2022	09:00:09.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6ae7f5cca3341fdb98771c55bc28113	
V & V S.A - 80038216-1	117.000.000	17-05-2022	09:00:04.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7ddfe5cb4a2fc21f977d23d1a3d813b	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	118.000.000	17-05-2022	08:59:59.200	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	114fd4c4d5e6ee6f4f3b4710ba1acd58	
V & V S.A - 80038216-1	119.000.000	17-05-2022	08:59:59.241	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62a700c09d89b1bd91f2be8ebc0817c8	
V & V S.A - 80038216-1	119.250.000	17-05-2022	08:59:53.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4694a3e6fab3d703545f9a847c1b27fd	
V & V S.A - 80038216-1	119.500.000	17-05-2022	08:59:48.579	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d7fec52205dfbf43b750e100b0442d3	
V & V S.A - 80038216-1	119.750.000	17-05-2022	08:59:42.518	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b83785f2e405efe0789260069069569	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	120.000.000	17-05-2022	08:59:36.032	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8b4d4846c08ced13535b6b5290b2b2f	
V & V S.A - 80038216-1	128.250.000	17-05-2022	08:59:34.438	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0677634cfc190a981939bc4219a94a4d	
V & V S.A - 80038216-1	128.500.000	17-05-2022	08:59:28.948	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7d52e37349bd7453c63debba5d9a155	
V & V S.A - 80038216-1	128.750.000	17-05-2022	08:59:23.347	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8b2045086bdfdeef7e283c4a217fc18	
V & V S.A - 80038216-1	129.000.000	17-05-2022	08:59:16.738	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12aec028d318c1a8e0032c644f8f9e03	
V & V S.A - 80038216-1	129.500.000	17-05-2022	08:59:02.899	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45a5612657f9413d4eb41ba078f1d9e2	
V & V S.A - 80038216-1	131.000.000	17-05-2022	08:58:54.677	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4711e69f20913889f23050e76331113	
V & V S.A - 80038216-1	131.500.000	17-05-2022	08:58:47.636	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6e064046da0756a174edf840d077267	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	132.000.000	17-05-2022	08:00:47.963	Propuesta
		Código Verificador:	9cb18d927946ec7156a183b076d5e282	
V & V S.A - 80038216-1	172.800.000	17-05-2022	08:00:47.964	Propuesta
		Código Verificador:	b28e2a6358cd3caf6d1f2365b95bf7f4	

5 - Monitor de transporte

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	50.296.400	17-05-2022	08:00:48.007	Propuesta
		Código Verificador:	8b781e12c77cd7cd3bb9fff14738ad28	

6 - Monitor Multiparamétrico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.710.000.000	17-05-2022	09:31:40.954	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d36c3aae4ddf128f24e579cd6680d5a0	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.730.000.000	17-05-2022	09:31:26.650	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb878b5e5c101127e869895b6575c2ff	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.750.000.000	17-05-2022	09:31:14.712	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cdeea71905ffc30ca5ba86870fba725	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.780.000.000	17-05-2022	09:31:04.726	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4e566f12c65e865d89b6638518f304f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.790.800.000	17-05-2022	09:30:59.237	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecaba5fc8b5438a27c767dd9adc5209d	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.800.000.000	17-05-2022	09:30:49.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07fd722641180c4faf3043ea4796364	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.815.800.000	17-05-2022	09:30:51.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f19744bb35e5fde8b952e0b836a92523	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.835.800.000	17-05-2022	09:30:44.601	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	880fb5c81415fbc7d2b652b27c47f52a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.850.800.000	17-05-2022	09:30:37.121	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21830513689ddc3f35a0d21f837f7ef6	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.880.000.000	17-05-2022	09:30:30.452	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43d94f6667278cd635848465eaf6e0f8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.890.800.000	17-05-2022	09:30:15.568	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7ddf1d0fa927146b9941631d1efea30	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.950.000.000	17-05-2022	09:30:11.720	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45f544a5ee1f68879a9d7d724f24cde9	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.955.000.000	17-05-2022	09:30:02.459	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c55c631a25b5f7344cd821065158d209	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.969.800.000	17-05-2022	09:30:04.137	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7bf4c2a9d7c282f260381872db34abd4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.980.800.000	17-05-2022	09:29:55.330	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55dcfae514fb1480f79debc18a8e0eb4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.999.800.000	17-05-2022	09:29:47.035	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57afa2e597e3eb7d5b379039c630cd6e	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.000.000.000	17-05-2022	09:29:24.219	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df84e12ea0b69f3483f5bfdac51e93a2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.089.800.000	17-05-2022	09:29:29.355	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ed11b8c5c95f321d508b0070fdd8f09	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.099.800.000	17-05-2022	09:29:16.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb5af23d7a1267768b661c91910b5c49	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.100.000.000	17-05-2022	09:29:06.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d1fa70096c156685a881c8a93de8168	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.149.800.000	17-05-2022	09:28:57.973	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65cdf9b18ddcc9054c670dbc78c99236	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.150.000.000	17-05-2022	09:28:47.726	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e056c247f0d4105562f21fb987ae8ada	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.199.800.000	17-05-2022	09:28:48.928	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fda10857bd9f04161a271b96ccd668c3	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.200.000.000	17-05-2022	09:28:32.568	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25f49eb06165e3baa666b61c22decc2f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.280.800.000	17-05-2022	09:28:37.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f7f6cc4bf15b8b71b75d68c71b8bc19	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.299.800.000	17-05-2022	09:28:21.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c15d214ee6b5f665468e32b31b283f8	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.300.000.000	17-05-2022	09:27:55.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef200499fc41446b5c748ec5427cc3c1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.390.800.000	17-05-2022	09:28:09.115	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e92fac32c6eff6f8c7541c5bd3390422	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.400.000.000	17-05-2022	09:27:33.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e33299c523a348d6cc22d5052af2044a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.495.800.000	17-05-2022	09:27:25.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36b35cdb1ab7429dbc57f9abe2bb947f	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.500.000.000	17-05-2022	09:26:31.965	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0322ebdaafcccdfe25be3a3e566044	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	3.695.944.000	17-05-2022	09:30:03.153	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3150f26acbf4be7ae2e141427f6121e5	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.696.000.000	17-05-2022	08:00:48.359	Propuesta
		Código Verificador:	5047ed5c8e4f83adb8ca9aab02ea995e	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	3.976.000.000	17-05-2022	08:00:48.358	Propuesta
		Código Verificador:	7f38cda0664d36933ffb945f10430b70	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.766.832.000	17-05-2022	08:00:48.355	Propuesta
		Código Verificador:	0eb73fc4242b9cfc245d546a49787615	

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	100.000.000	17-05-2022	08:00:48.453	Propuesta
		Código Verificador:	94da596d5a2ebdfaf2baabf6260fc91c	

9 - Porta sueros

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	20.395.000	17-05-2022	09:58:08.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6eafc95ac765bf67d66f12efe15f6a13	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	20.400.000	17-05-2022	09:57:55.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc4b82ccc5aaa6a4d1d747bde6b64fb1	
V & V S.A - 80038216-1	20.475.000	17-05-2022	09:58:02.734	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	faf4bb05288b0706ef97a5c85c898e7b	
V & V S.A - 80038216-1	20.480.000	17-05-2022	09:57:54.949	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	084390af31d72a8c1993334680fafa3b	
V & V S.A - 80038216-1	20.485.000	17-05-2022	09:57:52.820	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b0e8f5f576eb80a9c0c03dc30d700c9	
V & V S.A - 80038216-1	20.490.000	17-05-2022	09:57:40.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	191bbf509a25c0ffb41b8b817fdc591f	
V & V S.A - 80038216-1	20.495.000	17-05-2022	09:57:35.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6e135b4a8b301c2cb10d612ff991f38	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	20.500.000	17-05-2022	09:57:23.068	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e18282e09bdaf5699f8d1b9ce2784223	
V & V S.A - 80038216-1	20.685.000	17-05-2022	09:57:13.116	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	801d84c3f26b527e1a22b281082ee825	
V & V S.A - 80038216-1	20.690.000	17-05-2022	09:56:56.981	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45cc7aa78a917b750f2ff8666969cbdb	
V & V S.A - 80038216-1	20.695.000	17-05-2022	09:56:51.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07a6497bcce4dc4733de169c63b7df6f	
V & V S.A - 80038216-1	20.700.000	17-05-2022	09:56:44.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f760eee459626d09324eb743cc0e2217	
V & V S.A - 80038216-1	20.725.000	17-05-2022	09:56:34.912	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e17adee16fa75bae6c594b7955877bc	
V & V S.A - 80038216-1	20.750.000	17-05-2022	09:56:29.725	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	788d66992c36b163db2273c1e003a5fd	
V & V S.A - 80038216-1	20.800.000	17-05-2022	09:56:13.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	353bc056aee3ab04e5a018bb6c6432f6	
V & V S.A - 80038216-1	20.815.000	17-05-2022	09:56:06.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2c77ec165033e2370fa54e9411bfc87	
V & V S.A - 80038216-1	20.825.000	17-05-2022	09:55:55.255	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4f66f1da987abdd3aca06f57cb3a9fb	
V & V S.A - 80038216-1	20.850.000	17-05-2022	09:55:48.994	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	864927ba23dc0682811d6ddb9de1240e	
V & V S.A - 80038216-1	20.900.000	17-05-2022	09:54:59.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33777c4eef67f56072ab49935408bd32	
V & V S.A - 80038216-1	20.950.000	17-05-2022	09:54:47.616	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77fd85bea9b8893538519106503f0fb	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	21.000.000	17-05-2022	08:00:48.556	Propuesta
		Código Verificador:	011b54ad29c9dea6148286a4edb24ccd	
V & V S.A - 80038216-1	42.000.000	17-05-2022	08:00:48.558	Propuesta
		Código Verificador:	eda2c078caba7cd32d82574102512edb	

10 - Servocunas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.325.000.000	17-05-2022	10:10:42.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14d19af2bc4d739d161da5cb5da67242	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.355.000.000	17-05-2022	10:10:37.309	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22b53c9856b3c245e958df2e3e3fff11	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	1.365.000.000	17-05-2022	10:10:41.520	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afe90f74fa05bc5f79fc4336e76e3edf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.375.000.000	17-05-2022	10:10:34.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6af9005631d21c093b8e33e6449f378f	
V & V S.A - 80038216-1	1.382.000.000	17-05-2022	10:10:36.777	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d40318cf99374f7d87e5656ea28c0bdf	
V & V S.A - 80038216-1	1.383.000.000	17-05-2022	10:10:32.110	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a35ea16fe314b41d18f0312a21595121	
V & V S.A - 80038216-1	1.385.000.000	17-05-2022	10:10:26.551	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a269ebd25b1ced674f1eea98f2d3cca5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.385.000.000	17-05-2022	10:10:27.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b01399e71964c32571a7b430201b79cf	
V & V S.A - 80038216-1	1.390.000.000	17-05-2022	10:10:21.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87d77374a5dbf0c0292fee2df724da92	
V & V S.A - 80038216-1	1.395.000.000	17-05-2022	10:10:17.705	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9e2212889f50dac42b9e36299a47db7	
V & V S.A - 80038216-1	1.400.000.000	17-05-2022	10:10:12.648	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	960f150b3302d75d9dc034fc97e1ac	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.400.000.000	17-05-2022	10:10:17.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80c46a493dc787ded1fa29d44bd5f592	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.415.000.000	17-05-2022	10:10:11.081	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73fc57e1077965eb293b16b616d7dfba	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.425.000.000	17-05-2022	10:10:07.100	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d668b65c2eabf81dc799a66ea9d1e67d	
V & V S.A - 80038216-1	1.425.000.000	17-05-2022	10:10:08.332	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7aebc4a2deb728acc1c722d156a8810	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.445.000.000	17-05-2022	10:10:02.990	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a40d0c44f4638bc16fef861c98019a1	
V & V S.A - 80038216-1	1.445.000.000	17-05-2022	10:10:03.410	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cfd0842b8df2646eb9a239426267f47	
V & V S.A - 80038216-1	1.450.000.000	17-05-2022	10:09:58.457	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29eaeafbac2fabdbcb6efe90490e6d405	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.460.000.000	17-05-2022	10:09:56.154	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f50b9150d9b82a9a11da62ff227aee63	
V & V S.A - 80038216-1	1.465.000.000	17-05-2022	10:09:53.571	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9245f7304dc92c28bf2ca77f8f7fff1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.475.000.000	17-05-2022	10:09:46.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	186ecd46723f5d331c4273926a2b1733	
V & V S.A - 80038216-1	1.480.000.000	17-05-2022	10:09:50.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0eaf771db3a5f4e1d751d8d7bcd69a	
V & V S.A - 80038216-1	1.490.000.000	17-05-2022	10:09:45.303	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c2d2492c2af9518d58f0ecf04426716	
V & V S.A - 80038216-1	1.495.000.000	17-05-2022	10:09:38.004	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25f2d076feef615ffb31ceddb1236d3e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.499.000.000	17-05-2022	10:09:34.759	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	998b501d6eb4922f9eab9c3219db8f60	
V & V S.A - 80038216-1	1.500.000.000	17-05-2022	10:09:33.480	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81147797b2f4501cf1d30f8715adb9ab	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.510.000.000	17-05-2022	10:09:26.611	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79e466f6769af72fc6b6c4f88e115a59	
V & V S.A - 80038216-1	1.515.000.000	17-05-2022	10:09:24.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e00b7771c232b53ef79f673a99b7d62a	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.521.000.000	17-05-2022	10:09:23.968	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a77d465e3bc83403d0b7c8d6716b306	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.525.000.000	17-05-2022	10:09:17.466	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6dd9bf38182a70993186ec8772f25a4c	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.540.000.000	17-05-2022	10:09:13.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4158279fca4ac9833168cef65da48862	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	1.540.000.000	17-05-2022	10:09:17.126	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47af1b28d6cfa85457ddcf18968ce191	
V & V S.A - 80038216-1	1.545.000.000	17-05-2022	10:09:12.368	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fac55a41a5728715c1a5b0ee91b926d5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.545.000.000	17-05-2022	10:09:13.029	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	721a825a8c785b4b1895c9c6c6d787ae	
V & V S.A - 80038216-1	1.550.000.000	17-05-2022	10:09:07.124	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d6a149bb805f7f77a373565b1893e70	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.575.000.000	17-05-2022	10:09:06.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05c79b3cd391f73cf36faa083cbac9a2	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.580.000.000	17-05-2022	10:09:06.468	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a599e0c51da151faee11c51124f2fa3	
V & V S.A - 80038216-1	1.585.000.000	17-05-2022	10:09:02.549	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc592adbf5d614e2518ad695c978eced	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.590.000.000	17-05-2022	10:08:55.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52465ca9db75f399c21aa6995570bd2a	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.600.000.000	17-05-2022	10:08:56.307	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a3120f55af75fdb116ade3cb2ff67d2	
V & V S.A - 80038216-1	1.600.000.000	17-05-2022	10:08:57.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89df71029f70e439e22ca5acc95e8ca6	
V & V S.A - 80038216-1	1.610.000.000	17-05-2022	10:08:53.880	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b802551f3dd379b9a63c5b06bdd0bc95	
V & V S.A - 80038216-1	1.620.000.000	17-05-2022	10:08:47.317	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5bb10a70012a5cb213ab441bac60faa	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.625.000.000	17-05-2022	10:08:42.631	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	386f5df6d66566b8d5f434b4def79949	
V & V S.A - 80038216-1	1.635.000.000	17-05-2022	10:08:42.632	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ea94e7f8c85fd61ecb1b646ed942e7c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.645.000.000	17-05-2022	10:08:38.511	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	343c1b0e395c9b8e1373e26944866ffe	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.650.000.000	17-05-2022	10:08:44.901	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae957d0261c431a028e700ae34285de6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.665.000.000	17-05-2022	10:08:33.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5cb85b8f050c93455c9e1ffa35ce258	
V & V S.A - 80038216-1	1.665.000.000	17-05-2022	10:08:38.702	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a305586f02115b13df4154eb55fc66f	
V & V S.A - 80038216-1	1.670.000.000	17-05-2022	10:08:33.740	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56592d6725ba6f976afb7411dfc87c11	
V & V S.A - 80038216-1	1.675.000.000	17-05-2022	10:08:29.593	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8d0b8be1299fe117374cd77ca92dc79	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.685.000.000	17-05-2022	10:08:29.054	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbbcd2daa9c6e9f7f17b8d601caae87e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.690.000.000	17-05-2022	10:08:23.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4808137047540a238f503a8f7272c4d1	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.695.000.000	17-05-2022	10:08:32.210	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95499de81a1ee903c62ddacfdcb11a0	
V & V S.A - 80038216-1	1.700.000.000	17-05-2022	10:08:14.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9cacaad89aaa1fb13a3a7cc7247beb0b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.710.000.000	17-05-2022	10:08:18.393	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	319305cfe2ba8827537a8858cec7e047	
V & V S.A - 80038216-1	1.725.000.000	17-05-2022	10:08:10.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	116cc598681f9b16b3c22e57cfa7e1c0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.725.000.000	17-05-2022	10:08:13.736	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c6e7b8af447c406f34609992d95b344	
V & V S.A - 80038216-1	1.735.000.000	17-05-2022	10:08:05.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3c94cdb39e7b513b9647bbef70c0904	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.750.000.000	17-05-2022	10:08:00.883	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9686457313cc3f5bd70c9e078f662661	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.750.000.000	17-05-2022	10:08:05.402	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	027577da21564fbf7d1a21329a63f4c8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.775.000.000	17-05-2022	10:07:58.954	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ae5ea4027867744c518127186a2ae2d	
V & V S.A. - 80038216-1	1.780.000.000	17-05-2022	10:08:01.352	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	682f3a3ba6d2c89162df098c882e7ad2	
V & V S.A. - 80038216-1	1.795.000.000	17-05-2022	10:07:54.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0106a29ba88b089446d3bf307b1646aa	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.799.000.000	17-05-2022	10:07:47.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f825779a6fe93ac58bf62aa26a06d9c	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.800.000.000	17-05-2022	10:07:48.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13e55dea76d4485546c02ffb48259b7a	
V & V S.A. - 80038216-1	1.805.000.000	17-05-2022	10:07:46.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef0a3ec63529e2203f49975e3307fb4b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.815.000.000	17-05-2022	10:07:40.648	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25e38b916a83f364144a4d76f55d326e	
V & V S.A. - 80038216-1	1.815.000.000	17-05-2022	10:07:41.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1170d7e82c9fa8039171ffbbfec5efa	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.825.000.000	17-05-2022	10:07:36.702	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68af2add18f6e7b32e7b67b7be599166	
V & V S.A. - 80038216-1	1.825.000.000	17-05-2022	10:07:37.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2bde4a4bdf7ad82e52bff8824caea6e6	
V & V S.A. - 80038216-1	1.835.000.000	17-05-2022	10:07:32.271	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea59b301d43d2bb41a59a2123d9e3789	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.835.000.000	17-05-2022	10:07:32.781	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a254ea819ebb19b49c5c90cbd2ded412	
V & V S.A. - 80038216-1	1.840.000.000	17-05-2022	10:07:27.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06c361ba7bee33bf3b1ca6396541f785	
V & V S.A. - 80038216-1	1.850.000.000	17-05-2022	10:07:22.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b06bf1a2a0dbd348481a9883e9ec7e9	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.850.000.000	17-05-2022	10:07:30.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e5eabab2aa1583457689e762fb9dd3e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.855.000.000	17-05-2022	10:07:26.614	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07da5aba1c98cba9d5c867825f0eaafd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.875.000.000	17-05-2022	10:07:17.941	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbe69bd6a0ea7e6fb40f989303e070d1	
V & V S.A. - 80038216-1	1.875.000.000	17-05-2022	10:07:18.134	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d75c97a2c66b3bc8fbfa30c9d613966d	
V & V S.A. - 80038216-1	1.890.000.000	17-05-2022	10:07:13.274	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d15f5c0ab850a921a8a45c80018a7ab9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.895.000.000	17-05-2022	10:07:08.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00c40bfd7f5aa8aa76d5bb8b3aa66a4d	
V & V S.A. - 80038216-1	1.900.000.000	17-05-2022	10:07:08.985	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	840654e9d69e3db5b5c9eadac42f78ee	
V & V S.A. - 80038216-1	1.905.000.000	17-05-2022	10:07:03.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d723719a3d7582a9b49a4c2f46f2410	
V & V S.A. - 80038216-1	1.910.000.000	17-05-2022	10:06:58.344	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33724c895e8ecf41ced613f4750c4997	
V & V S.A. - 80038216-1	1.915.000.000	17-05-2022	10:06:54.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25a0309e4f12ed9394e47ce5345dae1a	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.920.000.000	17-05-2022	10:06:46.217	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8d38d80e0593245bf6ff51fdc04c780	
V & V S.A. - 80038216-1	1.940.000.000	17-05-2022	10:06:49.390	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96f95364458292a0533f193c0d4646a9	
V & V S.A. - 80038216-1	1.943.000.000	17-05-2022	10:06:44.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c5821e550bc954d787659330604e2ce	
V & V S.A. - 80038216-1	1.945.000.000	17-05-2022	10:06:37.170	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7bda7b50f4b7831acb5fa48ee35889d1	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	1.948.000.000	17-05-2022	10:06:31.597	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a756b2030a5667e6dfb938cbe83ae5ba	
V & V S.A - 80038216-1	1.949.000.000	17-05-2022	10:06:27.258	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74e10ed054a40b6326c74cb94d3ed5a8	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.950.000.000	17-05-2022	10:06:21.479	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd90a4490734a5f81083ff6d0ea5b935	
V & V S.A - 80038216-1	1.973.000.000	17-05-2022	10:06:12.666	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0b28b84ff20a1299d6db084d183221d	
V & V S.A - 80038216-1	1.974.000.000	17-05-2022	10:06:07.087	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc8654e696c2f8593eb99cbc38078e6e	
V & V S.A - 80038216-1	1.975.000.000	17-05-2022	10:06:02.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5515b6fc75053eab379f650096a33e31	
V & V S.A - 80038216-1	1.980.000.000	17-05-2022	10:05:57.560	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afa6c474b0b3e2420681f17d1f72691f	
V & V S.A - 80038216-1	1.990.000.000	17-05-2022	10:05:51.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c335dd9840ce062348be427c5565118	
V & V S.A - 80038216-1	1.995.000.000	17-05-2022	10:05:46.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	894aa2abf030494eb2eb3aab5a3ab4c4	
V & V S.A - 80038216-1	1.998.000.000	17-05-2022	10:05:42.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c1f1bf217fa4798187ed1bfc03e3350	
V & V S.A - 80038216-1	1.999.000.000	17-05-2022	10:05:36.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd28b914f596fd255e23cb9921408fd1	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	2.000.000.000	17-05-2022	10:05:30.593	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1481ca317f1e5d7a3efaa4890096b700	
V & V S.A - 80038216-1	2.065.000.000	17-05-2022	10:05:30.575	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e84468067c5ac1f99f137a8eff0f97b	
V & V S.A - 80038216-1	2.068.000.000	17-05-2022	10:05:12.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cc9bde0c33aa8ff9ba0aa0fba4a7753	
V & V S.A - 80038216-1	2.069.000.000	17-05-2022	10:05:06.308	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	777981a36b63d80f0b90041bc1d4622f	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	2.070.000.000	17-05-2022	08:00:48.773	Propuesta
		Código Verificador:	40e26004d824a12104a199b10657fee8	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	2.395.500.000	17-05-2022	10:06:45.596	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee980056a3c206f952d88183e4865a29	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	2.600.000.000	17-05-2022	10:06:23.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	106a71993021eb7b4ea41645e0e504ec	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	2.874.600.000	17-05-2022	08:00:48.774	Propuesta
		Código Verificador:	dcfa85a7be44533ab25313619327a971	
V & V S.A - 80038216-1	3.150.000.000	17-05-2022	08:00:48.775	Propuesta
		Código Verificador:	32afd5966afa2cb00c8d012db56d01d8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.123.350.000	17-05-2022	08:00:48.764	Propuesta
		Código Verificador:	091079e55532dc7e986ebe659a23869c	

11 - Ventilador Pulmonar Neonatal

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.990.000.000	17-05-2022	10:19:35.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1021c6728b0bab72216bbb06f8abf7bb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.740.000.000	17-05-2022	08:00:48.900	Propuesta
		Código Verificador:	43bb29c3511250006794d4ce9ef5c14d	

13 - Visualizador de Venas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	780.000.000	17-05-2022	08:00:49.017	Propuesta
		Código Verificador:	ae0c773fd8b074173d7f262be4025724	

14 - Incubadoras de cuidados intensivos

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.168.000.000	17-05-2022	10:56:16.466	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6953772909038a16a73438200a2bc8c0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.188.000.000	17-05-2022	10:56:03.507	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e8dc0a7592fdd39d8c604578b5e8418	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.198.000.000	17-05-2022	10:55:50.533	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e881576c385fc4acabbcc48f2684e917	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.200.000.000	17-05-2022	10:55:37.493	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	835b99f7664a30e3b106051bf34646a3	
V & V S.A. - 80038216-1	1.200.000.000	17-05-2022	10:55:44.829	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb1f0c49d46f8180bdced019b6d6c074	
V & V S.A. - 80038216-1	1.210.000.000	17-05-2022	10:55:38.743	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9addf3b697d06b2a975bd8f7e5972682	
V & V S.A. - 80038216-1	1.215.000.000	17-05-2022	10:55:34.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4a5fb2fef5e75524c4c2e64dc424c2a	
V & V S.A. - 80038216-1	1.220.000.000	17-05-2022	10:55:29.913	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96578d56a3d03678ecbb726c3c2c82d6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.225.000.000	17-05-2022	10:55:24.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30f48631029e98f0fac2abf6860ad51b	
V & V S.A. - 80038216-1	1.230.000.000	17-05-2022	10:55:25.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5936c005340731b7064d96762f74052	
V & V S.A. - 80038216-1	1.235.000.000	17-05-2022	10:55:20.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e272ec606a8afe144e1ff416713022bd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.245.000.000	17-05-2022	10:55:12.538	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4cc3df5a10f5b54feb3da28ee2a0a8f3	
V & V S.A. - 80038216-1	1.245.000.000	17-05-2022	10:55:16.088	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39a54b3e83d623bd2c89683c9b3137b4	
V & V S.A. - 80038216-1	1.250.000.000	17-05-2022	10:55:11.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	154d36e1ffbe0a9673a8581e4496f134	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.255.000.000	17-05-2022	10:55:08.612	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27b00b05737075f634ce57fc7b8164d6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.265.000.000	17-05-2022	10:55:04.507	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35305aaec36cfaba2030ac136184a24a	
V & V S.A. - 80038216-1	1.265.000.000	17-05-2022	10:55:07.544	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d1a3f3fd7abe72d74c963e0647ee3fc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.275.000.000	17-05-2022	10:54:59.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03a06e1bcd6b5e5760ec7cbcf19d50a4	
V & V S.A. - 80038216-1	1.280.000.000	17-05-2022	10:55:03.084	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6131584a9dd40253a7b0bdf82cead97	
V & V S.A. - 80038216-1	1.285.000.000	17-05-2022	10:54:56.989	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e9965a7eee6c9fa26f4399ac958c378	
V & V S.A. - 80038216-1	1.290.000.000	17-05-2022	10:54:50.542	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e9196ca1ca35b529e90218b2d338b7b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.290.000.000	17-05-2022	10:54:51.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	717c59bcd5bbaef9cf3e700f1c4414ec	
V & V S.A. - 80038216-1	1.295.000.000	17-05-2022	10:54:45.310	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38c9cef649c472ab2a621be597eafc63	
V & V S.A. - 80038216-1	1.300.000.000	17-05-2022	10:54:40.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba40123cfe2ffea16cb4e2852987b6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.309.000.000	17-05-2022	10:54:45.771	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0bfb7beea17433edfe20152c448e491b	
V & V S.A. - 80038216-1	1.315.000.000	17-05-2022	10:54:34.004	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83826b205868526783296fb44677bbc0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.315.000.000	17-05-2022	10:54:38.017	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f13b18060a0606b3c35a45e996479bf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.325.000.000	17-05-2022	10:54:28.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fabe2fd2480544ab24462b9842f7463c	
V & V S.A. - 80038216-1	1.340.000.000	17-05-2022	10:54:29.209	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	a10177b520026b92e77bfc9166494875
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.345.000.000	17-05-2022	10:54:23.469 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac2863b31d8f6bef4efa40f2ccbfc07b
V & V S.A - 80038216-1	1.345.000.000	17-05-2022	10:54:24.553 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aea369becc42dc23f4592ab2bc81ae21
V & V S.A - 80038216-1	1.350.000.000	17-05-2022	10:54:19.948 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a98d7af2e9ddd1d3cc476888e52be4cc
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.355.000.000	17-05-2022	10:54:15.229 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	739631e2bf95ece12988f946150fe7dc
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.375.000.000	17-05-2022	10:54:08.316 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d957c44bfd276b86db52657ec50836e
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.390.000.000	17-05-2022	10:54:03.126 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abfc590d599a3784ed0b6f3e7cb30224
V & V S.A - 80038216-1	1.390.000.000	17-05-2022	10:54:05.684 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af9abfcf33d12b1dfb3a5d13476ae185
V & V S.A - 80038216-1	1.395.000.000	17-05-2022	10:54:01.174 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b465ae6ff4f11642a812ad5646207e9d
V & V S.A - 80038216-1	1.400.000.000	17-05-2022	10:53:56.269 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95b838a97ac7e9ee7e6dbdcf9db1b02
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.415.000.000	17-05-2022	10:53:50.037 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	362ecc3af0adbad039f00a635107216c
V & V S.A - 80038216-1	1.430.000.000	17-05-2022	10:53:50.733 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d6e6ed4af9dbaa5ddb5b1e6d6c24ce8
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.435.000.000	17-05-2022	10:53:44.634 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10321d02b5ced1e23a7ea7a734393aca
V & V S.A - 80038216-1	1.452.000.000	17-05-2022	10:53:45.058 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b4d3cca4951e3d1e34a610eba73d9be
V & V S.A - 80038216-1	1.455.000.000	17-05-2022	10:53:39.015 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	737c4ae3f60d08234a02d992a05505d3
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.458.000.000	17-05-2022	10:53:38.271 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	829548efbd9637c457e0e40d989f5254
V & V S.A - 80038216-1	1.465.000.000	17-05-2022	10:53:33.646 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3aa97a92702f5865e1f72c2e2407893a
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.475.000.000	17-05-2022	10:53:25.959 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c47749cff31c3ea760512b663bfb00b9
V & V S.A - 80038216-1	1.485.000.000	17-05-2022	10:53:25.083 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe024f35e5eb8d9a7b0a2f91ec08c2ea
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.490.000.000	17-05-2022	10:53:18.846 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6685f813aa09aab79d404260fe0f4b01
V & V S.A - 80038216-1	1.520.000.000	17-05-2022	10:53:19.372 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78535516791cf5cc6d2ef15c620bfd90
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.525.000.000	17-05-2022	10:53:12.692 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00099af9936ff854771c54edefa4b2e9
V & V S.A - 80038216-1	1.528.000.000	17-05-2022	10:53:14.078 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e96de83a3cb335f6b9aeb008cea543
V & V S.A - 80038216-1	1.530.000.000	17-05-2022	10:53:09.164 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ebdc8eea931d349a9b36fefbd55c97
V & V S.A - 80038216-1	1.535.000.000	17-05-2022	10:53:01.837 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f94562e16d6b5136e568a7ce83f068f
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.535.000.000	17-05-2022	10:53:07.726 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd6051bf54b68f51c214eb20df8888ed
V & V S.A - 80038216-1	1.540.000.000	17-05-2022	10:52:53.758 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af866f675b44af73d835cf20ad24baad
V & V S.A - 80038216-1	1.545.000.000	17-05-2022	10:52:48.777 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	740f5a0ae7b02b07b14a5d0eed0f3722
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.550.000.000	17-05-2022	10:52:54.027 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2e1ee74a70cf24ce55929c6bed5e02e
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.575.000.000	17-05-2022	10:52:35.151 Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	350ed882745d9ed6313aa27e309f80fc	
V & V S.A - 80038216-1	1.580.000.000	17-05-2022	10:52:41.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc501b605d36057ab92409f9f36fb038	
V & V S.A - 80038216-1	1.585.000.000	17-05-2022	10:52:30.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	723f14a4e10b1631c38572ce9ff3278d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.590.000.000	17-05-2022	10:52:21.996	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1060b1e4788ac8e63834a0b88cf922d6	
V & V S.A - 80038216-1	1.595.000.000	17-05-2022	10:52:21.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5eb9eedfdd35b181139d19757187e74	
V & V S.A - 80038216-1	1.600.000.000	17-05-2022	10:52:14.769	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54b957049c44f660456af4101e550351	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.610.000.000	17-05-2022	10:52:05.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab927d30076a760353d2d348e81b905b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.619.000.000	17-05-2022	10:52:08.076	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be83b97e16d5fef13c3ce88c52af31dd	
V & V S.A - 80038216-1	1.624.000.000	17-05-2022	10:52:07.532	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	468f54e382c04a7d89dc7553989d5103	
V & V S.A - 80038216-1	1.625.000.000	17-05-2022	10:52:02.648	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7403b8b98b8fb77bb5bb726abad0970	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.629.000.000	17-05-2022	10:51:48.769	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7acd4ef38f06fa91971a7c08b3235698	
V & V S.A - 80038216-1	1.636.000.000	17-05-2022	10:51:53.314	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba75e41ab09174872d9984410d046a02	
V & V S.A - 80038216-1	1.636.500.000	17-05-2022	10:51:43.121	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	317a75c71faac386fdd2ba0dd9d0722	
V & V S.A - 80038216-1	1.637.000.000	17-05-2022	10:51:24.896	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8142470c199832880874b2e387b9509	
V & V S.A - 80038216-1	1.637.500.000	17-05-2022	10:51:18.759	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fa391521c6a3f84a647e2023faceae3	
V & V S.A - 80038216-1	1.638.000.000	17-05-2022	10:51:11.933	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	233d342f2329c6e7e760c115457931b6	
V & V S.A - 80038216-1	1.639.000.000	17-05-2022	10:51:05.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10ae03a5e6264e3aecb4a81e8bff5b7a	
V & V S.A - 80038216-1	1.640.000.000	17-05-2022	10:50:57.818	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d2470ad690a217b07c293d26ee3bbee	
V & V S.A - 80038216-1	1.641.000.000	17-05-2022	10:50:52.261	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1af48f70cd4bb1bd0c83b1697fb60d9	
V & V S.A - 80038216-1	1.642.000.000	17-05-2022	10:50:35.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34eec1b481f8e9a04fd39c2a0d9bc54a	
V & V S.A - 80038216-1	1.643.000.000	17-05-2022	10:50:28.358	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a5c7047263039c164509a999746588c	
V & V S.A - 80038216-1	1.645.000.000	17-05-2022	10:50:21.946	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2d2147cc3c2c986f3ae51a78ae2effc	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.650.000.000	17-05-2022	08:00:49.438	Propuesta
		Código Verificador:	5ad82fd06f729c67bb64726524555891	
V & V S.A - 80038216-1	2.325.000.000	17-05-2022	08:00:49.440	Propuesta
		Código Verificador:	98786224664433b10f3c305d4a2e6385	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	2.370.000.000	17-05-2022	10:50:26.606	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1716885616798e9fcab1476fab1dccc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.464.999.980	17-05-2022	08:00:49.436	Propuesta
		Código Verificador:	8688ad003b7d3a8ba6894564250d5de5	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	2.844.000.000	17-05-2022	08:00:49.439	Propuesta
		Código Verificador:	41620dd7ffe1dd964c8f04edc380c440	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	17.810.000
V & V S.A - 80038216-1	18.000.000

2 - Equipo de luminoterapia

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	241.500.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	242.000.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	252.000.000

3 - Incubadoras

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.355.000.000
V & V S.A - 80038216-1	1.378.000.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.470.000.000

4 - Lámpara Scialitica Portátil

Oferente	Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	72.000.000
V & V S.A - 80038216-1	80.000.000

5 - Monitor de transporte

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	50.296.400

6 - Monitor Multiparamétrico

Oferente	Mejor Precio
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.710.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.790.800.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	3.695.944.000

8 - Oxímetro de pulso portátil

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	100.000.000

9 - Porta sueros

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	20.395.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	20.400.000

10 - Servocunas

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.325.000.000
V & V S.A - 80038216-1	1.365.000.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.521.000.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	2.395.500.000

11 - Ventilador Pulmonar Neonatal

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.990.000.000

13 - Visualizador de Venas

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	780.000.000

14 - Incubadoras de cuidados intensivos

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.168.000.000
V & V S.A - 80038216-1	1.200.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.550.000.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	2.370.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80011068-4 - LCM SOCIEDAD ANÓNIMA

Item	Precio Ganador
1 - Balanza neonatología digital	17.810.000
4 - Lámpara Scialitica Portátil	72.000.000

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
3 - Incubadoras	1.355.000.000
5 - Monitor de transporte	50.296.400
10 - Servocunas	1.325.000.000
11 - Ventilador Pulmonar Neonatal	4.990.000.000
14 - Incubadoras de cuidados intensivos	1.168.000.000

Proveedor: 80030030-0 - CATETERES Y AFINES S.A.

Item	Precio Ganador
6 - Monitor Multiparamétrico	2.710.000.000

Proveedor: 80038216-1 - V & V S.A

Item	Precio Ganador
2 - Equipo de luminoterapia	241.500.000
8 - Oxímetro de pulso portátil	100.000.000
9 - Porta sueros	20.395.000
13 - Visualizador de Venas	780.000.000

Listado de Mensajes

1 - Balanza neonatología digital

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-05-2022	08:10:13.619
Buenos días, comenzamos la Subasta.	17-05-2022	08:10:23.320
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	17-05-2022	08:15:50.074
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-05-2022	08:15:50.715
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-05-2022	08:18:54.691
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-05-2022	08:24:54.799
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-05-2022	08:28:48.266
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-05-2022	08:28:48.630

2 - Equipo de luminoterapia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-05-2022	08:29:19.192
Señores esperamos mejores ofertas.	17-05-2022	08:29:28.804
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	17-05-2022	08:29:35.626
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-05-2022	08:29:37.803
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-05-2022	08:29:51.073
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-05-2022	08:35:51.164
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-05-2022	08:41:51.465
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-05-2022	08:41:51.696

3 - Incubadoras

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-05-2022	08:42:16.721
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	17-05-2022	08:42:25.290
Señores Oferentes, bajen sus precios	17-05-2022	08:42:32.282
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-05-2022	08:42:35.004
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-05-2022	08:42:37.881
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-05-2022	08:48:37.977
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-05-2022	08:52:03.017
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-05-2022	08:52:03.300

4 - Lámpara Scialitica Portátil

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-05-2022	08:52:19.461
Señores esperamos mejores ofertas.	17-05-2022	08:52:28.381
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	17-05-2022	08:52:33.230
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-05-2022	08:52:33.720
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-05-2022	08:52:36.484
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-05-2022	08:58:36.546
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-05-2022	09:05:47.648
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-05-2022	09:05:48.600

5 - Monitor de transporte

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-05-2022	09:06:07.439
Señor/a Oferente, baje su precio	17-05-2022	09:06:26.256
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-05-2022	09:07:16.601
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-05-2022	09:07:19.179
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-05-2022	09:13:19.243
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-05-2022	09:18:54.698
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-05-2022	09:18:55.089

6 - Monitor Multiparamétrico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-05-2022	09:19:48.811
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	17-05-2022	09:20:03.301
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	17-05-2022	09:20:10.050
Señores bajen sus precios.	17-05-2022	09:20:19.537
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-05-2022	09:20:20.108
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-05-2022	09:20:22.747
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-05-2022	09:26:22.813
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-05-2022	09:32:01.212
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-05-2022	09:32:01.811

8 - Oxímetro de pulso portátil

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-05-2022	09:32:23.323
Señor/a Oferente, baje su precio	17-05-2022	09:32:37.695
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	17-05-2022	09:32:53.453
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-05-2022	09:32:58.552
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-05-2022	09:33:05.501
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-05-2022	09:39:05.554
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-05-2022	09:47:15.650
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-05-2022	09:47:16.339

9 - Porta sueros

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-05-2022	09:47:27.143
Señores bajen sus precios.	17-05-2022	09:47:47.522
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	17-05-2022	09:47:52.044
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-05-2022	09:47:52.814

Listado de Mensajes

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-05-2022	09:47:55.907
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-05-2022	09:53:55.926
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-05-2022	09:58:09.946
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-05-2022	09:58:10.538

10 - Servocunas

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-05-2022	09:58:28.113
Señores Oferentes, bajen sus precios	17-05-2022	09:58:37.998
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	17-05-2022	09:58:42.575
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-05-2022	09:58:48.568
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-05-2022	09:58:52.256
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-05-2022	10:04:52.434
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-05-2022	10:10:44.951
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-05-2022	10:10:45.150

11 - Ventilador Pulmonar Neonatal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-05-2022	10:11:04.530
Señor/a Oferente, baje su precio	17-05-2022	10:11:11.347
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	17-05-2022	10:11:21.400
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	17-05-2022	10:11:27.428
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-05-2022	10:11:33.682
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-05-2022	10:11:36.039
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-05-2022	10:17:36.164
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-05-2022	10:25:05.583
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-05-2022	10:25:05.833

13 - Visualizador de Venas

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-05-2022	10:26:48.172
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	17-05-2022	10:26:55.192
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	17-05-2022	10:27:26.285
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-05-2022	10:27:27.089
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-05-2022	10:27:29.396
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-05-2022	10:33:29.431
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-05-2022	10:42:48.861
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-05-2022	10:42:49.294

14 - Incubadoras de cuidados intensivos

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-05-2022	10:43:06.025
Señores esperamos mejores ofertas.	17-05-2022	10:43:29.147
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	17-05-2022	10:43:36.982
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	17-05-2022	10:43:46.389
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-05-2022	10:44:06.447
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-05-2022	10:44:11.623
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-05-2022	10:50:11.779
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-05-2022	10:59:18.929
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-05-2022	10:59:19.821

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.