

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 399900

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 13:25 del día 29/9/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 399900 - Adquisición de Equipos Médicos de la Institución:

Código Verificador: 1832525121da811ac8ed2ed473976cab

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Sub-UOC:	Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu - Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1485

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente Compatible con tamaños de jeringa desde 2ml a 60 ml. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Compatible con tamaños de jeringa desde 5ml a 60 ml. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes ya que se ajustaría a los tamaños estándares de jeringas utilizadas en este tipo de equipos médicos.		30-08-2021	15:28:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		06-09-2021	07:42:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente Rango de flujo de 0,01 ml/h a 1000 ml/h, con incrementos de 0,1 ml/h. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Rango de flujo de 0,1 ml/h a 1000 ml/h, con incrementos de 0,1 ml/h. Dado que existe un error en la redacción, al solicitar incrementos de 0.1 ml/h el rango de flujo no podría empezar en 0.01 ml/h. Esta modificación permitirá la participación de un mayor número de oferentes al ajustarse los valores solicitados.		30-08-2021	15:29:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		06-09-2021	07:43:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente Selección de volumen 0,1ml a 9.999ml, con incrementos de 0,01ml a 1 ml. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Selección de volumen 0,1ml a 9.999ml. De manera a permitir un mayor número de oferentes de equipos. El incremento de los valores de volúmenes varía según cada fabricante, la modificación sugerida se ajusta a las tecnologías disponibles en el mercado.		30-08-2021	15:29:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		06-09-2021	07:43:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente Administración de bolo: Volumen máximo de bolo de 99,99 ml, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Administración de bolo: Volumen máximo de bolo de 25 ml o mayor, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis. De manera a permitir un mayor número de oferentes de equipos. La administración del bolo y su configuración varía según cada fabricante, la modificación sugerida se ajusta a todas las tecnologías disponibles en el mercado.	30-08-2021	15:30:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	07:44:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente Presión de oclusión de 9 niveles o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Presión de oclusión de 3 niveles o mayor. De manera a ajustarse a la tecnología disponible en la mayoría de los equipos del mercado, por lo que se lograría una mayor participación de oferentes.	30-08-2021	15:30:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	07:44:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice "Pantalla color de al menos 7" " Se solicita a la convocante que pueda considerar la participación de equipos con pantallas de al menos 5.7". Como se puede considerar, la diferencia es mínima y todos los parámetros pueden ser visualizados con la misma claridad y definición que una pantalla de casi una pulgada más grande. Esto limita la participación de equipos con misma calidad de la solicitada.	30-08-2021	15:31:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	07:45:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Pantalla LCD a colores de 7" o mayor" Se solicita a la convocante que pueda considerar la participación de equipos con pantallas de al menos 5.7". Como se puede considerar, la diferencia es mínima y todos los parámetros pueden ser visualizados con la misma claridad y definición que una pantalla de casi una pulgada más grande. Esto limita la participación de equipos con misma calidad de la solicitada.	30-08-2021	15:32:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	07:45:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones en el apartado, Capacidad técnica, Requisito documental para evaluar la capacidad técnica en donde solicita cuanto sigue: ... Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente legalizada y consularizada, para comercializar el producto ofertado, inscrita en el registro público de comercio o Autorización del Representante y/o Distribuidor Autorizado por el Fabricante demostrando la cadena de autorizaciones hasta el Fabricante (sic),... En este sentido solicitamos a la Convocante se sirva en analizar la posibilidad de que el requerimiento relacionado a la inscripción en el Registro Público sea modificado, solicitando que dicha formalidad sea requerida para la firma del contrato, ya que consideramos que restringe la participación, debido a que el mismo, demora de 2 a 3 meses, sumado esta situación a que la misma genera una erogación para los oferentes.	30-08-2021	18:38:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	07:45:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos si los ítems 3, 4 y 5 deben contar con Registro Sanitario Vigente. No se observa dicho requisito para estos ítems.	31-08-2021	09:32:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	07:46:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas y cubetas?	31-08-2021	09:36:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	07:46:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría otorgar un margen de +/-10mm en las medidas de la etiqueta solicitada?	31-08-2021	09:42:35

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	07:46:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podrían cotizar en estos ítems Precintos de seguridad de color Naranja o verde?	31-08-2021	09:44:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, podrá cotizar.	06-09-2021	07:47:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas y cubetas?	31-08-2021	09:45:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	07:48:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las esterillas, cestas y cubetas?	31-08-2021	09:47:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	07:48:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría cotizar etiquetas adhesivas con un margen de +/-15mm?	31-08-2021	09:59:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	07:48:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las esterillas, cestas y cubetas?.	31-08-2021	10:01:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	07:49:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-7cm en las esterillas y cestas?.	31-08-2021	10:02:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	07:49:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría cotizar cubeta para contenedor 590x290x120mm?	31-08-2021	10:03:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	07:50:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las esterillas, cestas y cubetas?.	31-08-2021	10:04:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	07:53:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados?.	31-08-2021	10:06:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	07:53:59

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Se podría cotizar caja para instrumentales de 590x590x100mm?		31-08-2021	10:07:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		06-09-2021	07:54:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados?		31-08-2021	10:08:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajsutarse al Pliego de Bases y Condiciones.		06-09-2021	07:54:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Se podría cotizar cajas para instrumental de 59x30x15cm?		31-08-2021	10:08:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		06-09-2021	07:55:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Se podría otorgar un margen de +/-10mm en las medidas de la base de silicona?		31-08-2021	10:09:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		06-09-2021	07:55:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Se podría otorgar un margen de +/-20mm en las medidas de los estuches, cajas y bandejas solicitadas?		31-08-2021	10:13:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		06-09-2021	07:56:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Se podría otorgar un margen de +/-0.5litros en las bandejas tipo bol solicitadas?		31-08-2021	10:14:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajsutarse al Pliego de Bases y Condiciones.		06-09-2021	07:56:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1- ¿Se podría cotizar Porta agujas de DERF, 125mm, 5" o 5 3/8"? 2- ¿Se podría cotizar Porta agujas de HALSEY, 130mm, 5 1/8" o 5 3/8"? 3- ¿Se podría cotizar Pinza porta esponjas de FOERSTER-BALLENGER, recta, 180mm, 7" o 7 1/8"? 4- ¿Se podría cotizar separador de RAGNELL, doble, 150mm, 6" o 6 1/4"?		31-08-2021	10:31:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		06-09-2021	07:56:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Se podría cotizar pinza hemostática de KOCHER, 1x2 dientes, recta, 150mm, 6" o 5 1/2"?		31-08-2021	10:32:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		06-09-2021	07:57:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1- ¿Se podría cotizar separador US-ARMY, doble, juego de 2, 220mm, 8 3/4" o 8 1/4"? 2- ¿Se podría cotizar pinza de disección y ligaduras de BABY-MIXTER, curva, 180mm, 7" o 7 1/2"?		31-08-2021	10:35:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		06-09-2021	07:57:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1- ¿Se podría cotizar separador US-ARMY, doble, juego de 2, 220mm, 8 3/4" o 8 1/4"? 2- ¿Se podría cotizar pinza de disección y ligaduras de BABY-MIXTER, curva, 180mm, 7" o 7 1/2"?		31-08-2021	10:36:11
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	07:58:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1- ¿Se podría cotizar pinza porta esponjas de FOERSTER-BALLENGER, recta, 180mm, 7" o 7 1/8"? 2- ¿Se podría cotizar pinza intestinal y para tejidos de DUVAL-COLLIN, 195mm, 7 3/4" o 8"? 3- ¿Se podría cotizar cánula de succión POOL o TOLEDO Charr 23? 4- ¿Se podría cotizar clamp intestinal atraumático HARTMANN o KOCHER curva, 200mm, 8" o 9"? 5- ¿Se podría cotizar clamp intestinal atraumático HARTMANN o KOCHER recta, 200mm, 8" o 9"?	31-08-2021	10:42:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	07:58:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1- ¿Se podría cotizar pinzas mosquito tipo PETIT-POINT o HALSTED curva, de 15.2cm? 2- ¿Se podría cotizar pinzas mosquito tipo PETIT-POINT o HALSTED recta, de 15.2cm?	31-08-2021	10:44:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	07:58:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría otorgar un margen de +/-3cm en las medidas de las riñoneras y vasos?	31-08-2021	10:46:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	07:59:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Presión de oclusión de 9 niveles o mayor. Podría la convocante aclarar " a que se refiere exactamente.	31-08-2021	12:35:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a 9 niveles de presión diferentes en caso de oclusión seleccionables.	06-09-2021	08:00:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se menciona "Soporte para porta suero" favor especificar si lo que se solicita es "porta suero" caso afirmativo, confirmar si sería de cuatro soportes para suero; teniendo en cuenta la firmeza de la base y la resistencia al peso que ejerce; lo que otorga una ventaja en caso de necesitar apilado de bombas para el paciente. Igualmente confirmar si lo que se solicita sería un porta suero por bomba, es decir 80 unidades.	31-08-2021	12:37:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es porta suero, el equipo debe tener el soporte para el anclaje al porta suero.	06-09-2021	08:01:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se menciona "Soporte para porta suero" favor aclarar si lo que se solicita es el accesorio de soporte, por el cual se mantiene adherida la bomba al porta suero y que viene incluida con cada bomba.	31-08-2021	12:37:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, se refiere a eso.	06-09-2021	08:05:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se le solicita amablemente a la convocante considerar ampliar el plazo de entrega a 90 días hábiles; teniendo en cuenta los imprevistos que pudieran surgir en cuanto a la importación de los productos. De manera a evitar cualquier tipo de retrasos en la provisión de los bienes adjudicados	31-08-2021	12:39:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:06:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se menciona " compatible con tamaños de jeringa desde 2 ml a 60 ml". Se solicita a la convocante favor aceptar compatibilidad con tamaños de jeringa desde 5 ml a 60 ml.	31-08-2021	12:40:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:08:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice "sistema de vena abierta (KVO). Programación de 0.0 (desconectado) a 10 ml/h. Podría la convocante aceptar un rango Configurable: 0.1 mL/h - 3.0 mL/h, paso 0.1 mL/h.	31-08-2021	12:41:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:09:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1- ¿Se podría cotizar tubos de aspiración BABY-YANKAUER o ANDREWS, 21cm? 2- ¿Se podría cotizar separadores maleables RIBBON, 25 a 30mm x330mm? 3- ¿Se podría cotizar separadores ADSON o WEITLANER, 14cm, romo? 4- ¿Se podría cotizar separadores ADSON o WEITLANER, 16cm, romo?	31-08-2021	13:21:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:09:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría cotizar pinza clamp Castañeda o Cooley, angulada de 45° a 50°, 13cm. Peso hasta 12 gramos (titanio)?	31-08-2021	13:23:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:09:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría cotizar pinza clamp Castañeda o Cooley, curvo, 12cm. Peso hasta 12 gramos (titanio)?	31-08-2021	13:23:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:09:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Manejo mediante pantalla táctil de al menos 6". Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Pantalla de al menos 6. Manejo mediante pantalla táctil o mediante mando giratorio".	31-08-2021	14:40:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:10:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Con al menos 250 programas definibles". Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Con al menos 90 programas definibles".	31-08-2021	14:40:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:10:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Frecuencia de salida: 300KHz". Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Frecuencia de salida: 300KHz como mínimo".	31-08-2021	14:41:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:11:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Corte puro, ajustable de 10 (o menor) a 400 W (o mayor)". Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Corte puro, ajustable de 10 (o menor) a 350 W (o mayor)".	31-08-2021	14:42:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:11:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 400 W (o mayor)". Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 250 W (o mayor)".	31-08-2021	14:42:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:11:54
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Corte bipolar puro, ajustable de 1 a 150 W (o mayor)". Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Corte bipolar puro, ajustable de 1 a 120 W (o mayor)".	31-08-2021	14:43:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:12:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Corte bipolar mezcla, ajustable de 1 a 150 W (o mayor)". Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Corte bipolar mezcla, ajustable de 1 a 120 W (o mayor)".	31-08-2021	14:45:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:12:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: YASARGIL MICRO TIJERA BAY 20 CM RCT, consultamos a la convocante poeder ofertar con la siguiente medida: de 19 cm	31-08-2021	14:48:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:12:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Corte bipolar mezcla, ajustable de 1 a 150 W (o mayor)". Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Corte bipolar mezcla, ajustable de 1 a 120 W (o mayor)".	31-08-2021	14:48:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:13:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Longitud del vástago de 25 cm (+/-2 mm de variación permitida)". Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Longitud del vástago de 25 cm (+/-2 cm de variación permitida)".	31-08-2021	14:48:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:13:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: YASARGIL STAND PINZA PARA APLICAR CLIPS GIRAT 11CM BAY MEMORYPINZAS PARA TUMORES 22,0CM 3MM	31-08-2021	15:06:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:14:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas. ITEM N° 6 ESPIROMETRO. En una parte de las Especificaciones Técnicas dice, Con incentivo para pacientes pediátricos 4 como mínimo Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar este punto de la siguiente manera: Con incentivo para pacientes pediátrico 1 como mínimo	31-08-2021	15:10:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:14:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 6 ESPIROMETRO. En una parte de las Especificaciones Técnicas dice, Rango de flujo: 0.2 a 16 L/s. Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar este punto de la siguiente manera: Rango de Flujo: ±16 L/s	31-08-2021	15:12:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:15:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

ITEM N° 6 ESPIROMETRO. En una parte de las Especificaciones Técnicas dice, Precisión de la frecuencia de pulso: +/- 2 LPM o 2%, lo que sea menor Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar este punto de la siguiente manera: Precisión de la frecuencia de pulso: +/- 2 LPM o 2%, lo que sea mayor	31-08-2021	15:12:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:15:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante otorgar una variacion de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?	31-08-2021	15:34:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:16:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante otorgar una variacion de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?	31-08-2021	15:34:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:16:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante otorgar una variacion de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?	31-08-2021	15:35:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:16:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante otorgar una variacion de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?	31-08-2021	15:35:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:16:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante otorgar una variacion de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?	31-08-2021	15:36:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:17:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante otorgar una variacion de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?	31-08-2021	15:36:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:17:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante otorgar una variacion de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?	31-08-2021	15:41:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:17:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante otorgar una variacion de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?	31-08-2021	15:41:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:18:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos a la convocante otorgar una variacion de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?	31-08-2021	15:41:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:19:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se puede cotizar pote de de 80mmx40mm (140ml) ?	31-08-2021	15:42:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:19:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: PINZA PORTAESPONJA C.CIERRE RCT.145MM consultamos a la convocante aceptar pinza Collin de 16cm	31-08-2021	15:47:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:19:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice : SEPARAD.BABY SENN-MILLER ROMO 8X7/22X7MM solicitamos a la convocante acpetar con la siguiente medida: 15 cm	31-08-2021	15:49:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:21:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: CESTA PERFORADA 267MMX125MM ALTURA 49MM solicitamos a la convocante acpetar cesta con la siguiente medida: 255mmx245mmx30mm	31-08-2021	15:51:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:23:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: CUBETA PARA CONTENEDOR 310X 132 MM ALTURA:57 solicitamos que la convocante acepte cubeta de la siguiente medida: 285mmx280mmx55mm	31-08-2021	15:52:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:24:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: ETIQUETA ADHESIVA Y CON INDICADOR DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR. MEDIDAS : 60X18MM PRESENTACIÓN : PAQUETE DE 100 UNIDADES solicitamos a la convocante dejar como opsional el adhesivo de la etiqueta, permitir cotizar etiquetas con indicador que va con cada caja que se va a ofertar, con la medida correspondiente a cada caja	31-08-2021	16:00:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:25:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la convocante poder ofertar pote de 80mmx40mm (140ml)	31-08-2021	16:02:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:26:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: PINZA PORTAESPONJA C.CIERRE RCT.145MM , solicitamos poder ofertar Collin de 16cm	31-08-2021	16:04:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:26:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

donde dice: PINZA HEMOSTATICA de KOCHER, 1X2 DIENTES, RECTA, 150 mm, 6" , solicitamos a la convocante poder ofertar Ochsner-Kocher de 16cm	31-08-2021	16:05:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:27:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: CESTA PERFORADA 267MMX125MM ALTURA 49MM , solicitamos a la convocante poder ofertar cesta con la siguiente medida: 255mmx245mmx30mm	31-08-2021	16:06:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:27:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: CUBETA PARA CONTENEDOR 310X 132 MM ALTURA:57 solicitamos a la convocante poder ofertar cubeta con las siguientes medidas 285mmx280mmx55mm	31-08-2021	16:08:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:27:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: ETIQUETA ADHESIVA Y CON INDICADOR DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR. MEDIDAS : 60X18MM PRESENTACIÓN : PAQUETE DE 1000 UNIDADES solicitamos a la convocante dejar como opcional el adhesivo de la etiqueta, permitir cotizar etiquetas con indicador que va con cada caja que se va a ofertar, con la medida correspondiente a cada caja	31-08-2021	16:10:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:28:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la convocante poder ofertar pote de 80mmx40mm (140ml)	31-08-2021	16:11:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:28:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: PINZA PORTAESPONJA C.CIERRE RCT.145MM solicitamos a la convocante poder ofertar pinza Collin de 16cm	31-08-2021	16:13:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:28:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: ESTERILLA DE SILICONA PARA CESTAS .MEDIDA:240X250MM , solicitamos poder ofertar esterilla de 225mmx225mm	31-08-2021	16:14:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:29:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice:CUBETA PARA CONTENEDOR DE ALUMINIO 300X 274MM ALTURA:90MM , solicitamos poder ofertar cubeta con la siguiente medida: 285mmx280mmx100mm	31-08-2021	16:15:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:29:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: ETIQUETA ADHESIVA Y CON INDICADOR DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR. MEDIDAS : 80X35 MM PRESENTACIÓN : PAQUETE DE 1000 UNIDADES solicitamos a la convocante dejar como opcional el adhesivo de la etiqueta, permitir cotizar etiquetas con indicador que va con cada caja que se va a ofertar, con la medida correspondiente a cada caja	31-08-2021	16:17:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:29:55

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la convocante poder ofertar pote de 80mmx40mm (140ml)	31-08-2021	16:17:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:30:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: PINZA PORTAESPONJA C.CIERRE RCT.145MM , solicitamos a la convocante poder ofertar pinza Collin 16cm	31-08-2021	16:19:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:30:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: ESTERILLA DE SILICONA PARA CESTAS .MEDIDA:240X250MM, solicitamos a la convocante poder ofertar esterilla de 225mmx225mm	31-08-2021	16:20:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:31:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: CUBETA PARA CONTENEDOR DE ALUMINIO 300X 274MM ALTURA:90MM , solicitamos a la convocante poder ofertar cubeta de 285mmx280mmx100mm	31-08-2021	16:21:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:31:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: ETIQUETA ADHESIVA Y CON INDICADOR DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR. MEDIDAS : 80X35 MM PRESENTACIÓN : PAQUETE DE 1000 UNIDADES solicitamos a la convocante dejar como opcional el adhesivo de la etiqueta, permitir cotizar etiquetas con indicador que va con cada caja que se va a ofertar, con la medida correspondiente a cada caja	31-08-2021	16:23:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:31:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la convocante poder ofertar pote de 80mmx40mm (140ml)	31-08-2021	16:24:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:35:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: CLAMP INTESTINAL ATRUMATICO de HARTMANN, CURVA, 200 mm, 8" solicitamos a la convocante poderofertar CLAMP INTESTINAL ATRUMATICO Spencer-Wells	31-08-2021	16:28:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:36:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: CLAMP INTESTINAL ATRUMATICO de HARTMANN, RECTA, 200 mm, 8" solicitamos a la convocante poder ofertar CLAMP INTESTINAL ATRUMATICO Spencer-Wells	31-08-2021	16:28:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:36:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: ESTERILLA DE SILICONA PARA CESTAS .MEDIDA:402X250MM , solicitamos a la convocante poder ofertar esterilla de 440MMX230MM	31-08-2021	16:29:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:36:52

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: CESTA PERFORADA 406X253 MM ALTURA 56MM solicitamos a la convocante poder ofertar cesta de 405mmx255mmx60mm	31-08-2021	16:30:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:37:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: PRECINTOS DE SEGURIDAD TIPO CANDADO DE PEEK, QUE SIRVE PARA DETECTAR APERTURA ANTICIPADA DEL CONTENEDOR ANTES DE SU USO O DETERMINAR INTEGRIDAD DEL CONTENIDO. CON INDICADOR DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR. COLOR NARANJA. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 100 UNIDADES. solicitamos a la convocante dejar como opcional el adhesivo de la etiqueta, permitir cotizar etiquetas con indicador que va con cada caja que se va a ofertar, con la medida correspondiente a cada caja	31-08-2021	16:32:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:37:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la convocante poder ofertar pote de 80mmx40mm (140ml)	31-08-2021	16:33:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:37:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: PINZA HEMOSTATICA CRILE CRV.160MM solicitamos a la convocante poder ofertar PINZA Crille-Rankin	31-08-2021	16:35:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:38:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: PINZA PORTAESPONJA C.CIERRE RCT.145MM solicitamos a la convocante poder ofertar pinza Collin de 16cm	31-08-2021	16:36:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:38:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice ESTERILLA DE SILICONA PARA CESTAS .MEDIDA:240X250MM solicitamos a la convocante poder ofertar esterilla 225mmx225mm	31-08-2021	16:37:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:38:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: 1/2 CESTA PERFORADA 243X253X56 MM solicitamos a la convocante poder ofertar cesta de 255mmx245mmx50mm	31-08-2021	16:38:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:39:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: CUBETA PARA CONTENEDOR DE ALUMINIO 300X 274MM ALTURA:90MM solicitamos a la convocante poder ofertar cubeta de 285mmx280mmx85mm	31-08-2021	16:39:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:39:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: ETIQUETA ADHESIVA Y CON INDICADOR DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR. MEDIDAS : 80X35MM PRESENTACIÓN : PAQUETE DE 1000UNIDADES solicitamos a la convocante dejar como opcional el adhesivo de la etiqueta, permitir cotizar etiquetas con indicador que va con cada caja que se va a ofertar, con la medida correspondiente a cada caja	31-08-2021	16:40:01

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:39:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Características Físicas: para permitir mayor participación de oferentes quisiera consultar si se podría modificar: Pantalla LCD de 3,5" o mayor a 2.7 pulgadas o mayor además de modificar para que la bomba sea Compatible con tamaños de jeringas desde 5ml a 60 ml	31-08-2021	16:49:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:40:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: TIJERAS RECTAS CON VÁSTAGO PLANO LARGO TOTAL 9,7 CM, HOJA DE CORTE 1,6 solicitamos a la convocante poder ofertar tijera largo total 9,5cm	31-08-2021	16:52:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:40:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: TIJERAS CURVAS CON VÁSTAGO PLANO LARGO TOTAL 9,7 CM, HOJA DE CORTE 1,6 solicitamos a la convocante poder ofertar TIJERAS CURVAS CON VÁSTAGO PLANO LARGO TOTAL Mide 9,5cm	31-08-2021	16:53:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:41:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1 OFTALMOSCOPIO INDIRECTO Considerando que en los ítems del 8 al 16 instrumentales se solicitan Certificado de Registro sanitario, de presentación OBLIGATORIA, vigente. Solicitamos respetuosamente, que sea de presentación obligatoria el Certificado de Registro Sanitario vigente correspondiente a este ITEM 1 OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	31-08-2021	16:55:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:41:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 4 ELECTROBISTURI Considerando que en los ítems del 8 al 16 instrumentales se solicitan Certificado de Registro sanitario, de presentación OBLIGATORIA, vigente. Solicitamos respetuosamente, que sea de presentación obligatoria el Certificado de Registro Sanitario vigente correspondiente a este ITEM 4 ELECTROBISTURI.	31-08-2021	16:55:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:42:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS CONSIDERAR EN CARACTERISTICAS DEL SISTEMA PARA LAS BOMBAS INFUSORAS: Rango de flujo de 0,1 ml/h a 1200 ml/h con incremento de 0.01 ml/h Selección de volúmen de 0,1ml a 9,999ml con incrementos de 0,01 a permitir que la selección sea desde 0 - 9,999 ml, con incrementos de 0,01 ml. Sistema de vena abierta (KVO). Programación de 0.0 (desconectado) a 10ml/h si se puede considerar 0,1 - 10 ml/h, con incremento de 0,01 ml Solicitamos para dar mayor oportunidad de participación sonde dice "Presión de oclusión de 9 niveles o mayor" modificar a 8 niveles o mayor.	31-08-2021	16:59:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:42:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicito la posibilidad de modificar en otras características, "cable de alimentación de 3 mts o más" que sea "cable de alimentación de 2 mts. o más"	31-08-2021	17:02:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:43:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se menciona, "Cable de alimentación de 3m o más". Se le solicita amablemente a la convocante aceptar cable de alimentación con un rango de 2 m o más; de manera a permitir mayor cantidad de oferentes.	31-08-2021	17:40:03

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:43:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Item 6 Espirometro donde solicitan Espirometro portátil con impresora incorporado Solicitamos a la convocante poder cotizar impresora por separado, esto ayudara a mantener los informes con mayor tiempo que las impresoras térmicas.	01-09-2021	03:44:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:44:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Item 6 Espirometro donde solicitan Espirómetro diagnóstico con oximetría Solicitamos que este item sea opcional para dar mayor participación a los proveedores	01-09-2021	03:45:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:44:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Item 6 Espirometro donde solicitan Espirómetro diagnóstico con oximetría Solicitamos que este item sea opcional para dar mayor participación a los proveedores	01-09-2021	03:46:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:45:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Yasargil stand pinza para aplicar clips girat 11 cm Bay Memory, como esta es una especificación de la marca Aesculap, solicitamos se permitan cotizar instrumentales alternativos que cumplan con la función de la aplicación de clips para aneurisma	01-09-2021	03:48:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:45:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 1 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales	01-09-2021	03:49:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:46:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales.	01-09-2021	03:50:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:46:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales	01-09-2021	03:51:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:46:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales	01-09-2021	03:53:19

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:47:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales	01-09-2021	03:54:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:47:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales	01-09-2021	03:55:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:47:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Para este ítem destacamos que han incluido medidas que no existen en la práctica, con números decimales	01-09-2021	03:56:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:48:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales.	01-09-2021	03:58:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:48:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al juego de agujas curvas para sutura, solicitamos se puedan cotizar juego de agujas curvas para sutura tamaños del 1 al 12	01-09-2021	03:59:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:54:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1- Donde dice: Adicionalmente el sistema de contenedores debe tener aprobación por FDA. Estos certificados son de presentación obligatoria, original o fotocopia legalizada, deberá ser otorgado por el fabricante al postor y debe indicar el material con que ha sido elaborado el material médico quirúrgico y odontológico que ofertan los postores. Los certificados FDA para fabricantes de origen USA solo son emitidos mencionando países y no así las empresas oferentes o postoras, para los fabricantes de origen fuera de USA los certificados son emitidos via web y no se mencionan ni siquiera los países a los que van dirigidos, por lo que solicitamos replantear este punto	01-09-2021	04:01:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:54:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2- Para los contenedores solicitan: Sistema de barrera estéril rígido preformado, que cumple la función de: Proteger físicamente el contenido del ambiente externo; Manteniendo el contenido en condición estéril después del proceso de esterilización en autoclave y durante el almacenamiento, impidiendo el ingreso de micro organismos hacia el interior del contenedor; Presentación aséptica y contenido estéril en el quirófano; Finalmente con placas con nombre y especialidad, que permita identificación del contenido y datos relevantes del proceso de esterilización aplicados. Los contenedores con sistema de barrera estéril no llevan filtro por lo que existe una discrepancia entre la descripción de este ítem y los siguientes (tapas, filtros PTFE, etc). Les solicitamos comprobar este punto porque parece haber un error.	01-09-2021	04:02:42
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:55:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Las medidas de los contenedores de algunos items no podrían contener todos los instrumentales solicitados, por lo que sugerimos soliciten se cotiche contenedor de esterilización de tamaño acorde a los instrumentales ofertados en cada caja	01-09-2021	04:03:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:55:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1- Donde dice: Adicionalmente el sistema de contenedores debe tener aprobación por FDA. Estos certificados son de presentación obligatoria, original o fotocopia legalizada, deberá ser otorgado por el fabricante al postor y debe indicar el material con que ha sido elaborado el material médico quirúrgico y odontológico que ofertan los postores. Los certificados FDA para fabricantes de origen USA solo son emitidos mencionando países y no así las empresas oferentes o postoras, para los fabricantes de origen fuera de USA los certificados son emitidos via web y no se mencionan ni siquiera los países a los que van dirigidos, por lo que solicitamos replantear este punto	01-09-2021	04:09:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:55:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: PINZAS KOCHER RECTA DE 14 CM Solicitamos a la convocante poder ofertar pinza Ochsner-Kocher c/d	01-09-2021	08:14:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:56:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: ANILLOS PARA LAPAROTOMÍA DE 3,8 CM solicitamos a la convocante poder ofertar Foerster-Ballenger	01-09-2021	08:15:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:56:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: PORTA AGUJAS TIPO WEBSTER DE 11,5 CM solicitamos a la convocante poder ofertar de 13cm	01-09-2021	08:16:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:57:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Debe contar con el grado de protección del tipo "Cardiac flowting desfibrillation Proof" de acuerdo a la norma IEC 60601-2-18 para la protección del paciente como del equipo, demostrado e indicado en el catálogo que debe ser adjuntado a la oferta. Se solicita a la Convocante: Que este requerimiento sea como opcional ya que las indicaciones de uso del equipo son para neurocirugia y no para cirugia cardiaca, no tiene contacto con el corazon	01-09-2021	08:17:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:57:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: PORTA AGUJAS Y TEJIDO ADSON CON DIENTE 1X2 DE 11,9 CM solicitamos a la convocante poder ofertar Porta Aguja de 18 cm	01-09-2021	08:18:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	08:59:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: El procesador debe poder comunicarse con los demás equipos de la torre, como el insuflador y la fuente de luz, para poder mostrar los parámetros de los mismos en la pantalla de visualización. Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento sea como opcional, ya que por ser una torre para neurocirugia no requiere visualizar datos del insuflador y para la fuente de luz esta regula automaticamente la luz , por tanto no requiere ningún dato que aporte al procedimiento, se sugiere colocar como opcional	01-09-2021	08:18:47
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	08:59:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: SEPARADOR TIPO VOLKMAN CON TRES DIENTES ATRAUMATICO DE 9,15MM DE 11,8 CM solicitamos a la convocante poder ofertar SEPARADOR de 16 cm	01-09-2021	08:19:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	09:00:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Debe contar con el grado de protección del tipo "Cardiac flowting desfibrilation Proof" de acuerdo a la norma IEC 60601-2-18 para la protección del paciente como del equipo, demostrado e indicado en el catálogo que debe ser adjuntado a la oferta Se solicita a la Convocante: colocar esta solicitud como opcional ya que las indicaciones de uso del equipo son para neurocirugía y no para cirugía cardiaca, no tiene contacto con el corazón	01-09-2021	08:20:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	09:00:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: SEPARADORES SENN ATRAUMÁTIC DE 16 CM consultamos a la convocante poder ofertar separador Senn-Miller	01-09-2021	08:20:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	09:01:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: SEPARADORES VOLKMAN CON 6 DIENTES FILOSOS DE 16 MM X 40 MM DE 23,2 CM solicitamos a la convocante poder ofertar separador de 21,5 cm	01-09-2021	08:21:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	09:01:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: FUENTE DE LUZ DE XENON O LED, EN EL CASO DE XENON DEBERÁ SER DE 300W con duración de 500hs. Se solicita a la Convocante brindar mas datos sobre la fuente de Luz.	01-09-2021	08:21:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	09:02:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: TUBOS DE ASPIRACIÓN FRAZIER ANGULADA DE 14FR DE 19,3 CM solicitamos a la convocante poder ofertar tubos de 15 charr	01-09-2021	08:22:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	09:02:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: BAJA LENGUAS WIEDER PEQUEÑO DE 12,6 CM solicitamos a la convocante poder ofertar baja lengua de 14,5 cm	01-09-2021	08:23:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	09:03:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 2 solicitan: Pantalla LCD de 3.5" o mayor. Al respecto, solicitamos por favor a la convocante considerar equipos con pantalla LCD de 2.8 o mayor ya que para muchos fabricantes la información de infusión se describe en el equipo con señales luminosas y/o audibles sin necesidad de ocupar gran espacio en pantalla. El objetivo principal en el diseño de las bombas de infusión es que sean equipos compactos y con toda la información de infusión detallada.	01-09-2021	08:23:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	09:03:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

donde dice: BAJA LENGUAS WIEDER GRANDE DE 12,6 CM solicitamos a la convocante poder ofertar baja lengua de 14,5 cm	01-09-2021	08:23:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	09:04:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Manejo mediante pantalla táctil de al menos 6" Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 1", teniendo cuenta el Principio de Igualdad y libre competencia.	01-09-2021	08:23:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	09:59:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 2 solicitan: "Cable de alimentación de 3m o más" Solicitamos por favor a la convocante considerar equipos con cable de alimentación de 1,2 m o más, esto considerando que los cables muy extensos no son recomendables debido a que tienden a enredarse con cables de otros equipos y/o con los sets de infusión, generando caídas, interrupciones en la infusión, accidentes, etc.	01-09-2021	08:24:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	09:59:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: VASOS PARA IODO DE 6 ONZAS DE 8,6 CM X 5,1 CM solicitamos a la convocante poder ofertar vasos con la siguiente medida 80mm/40mm. De 140 ml	01-09-2021	08:24:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:00:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Peso de equipo: menor a 10Kg Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 2.5 Kg, teniendo en cuenta el Principio de Igualdad y libre competencia.	01-09-2021	08:25:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:01:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
sonde dice: VASOS GRADUADO DE 2 ONZAS DE 5,4 CM X 5,1 CM solicitamos a la convocante poder ofertar vasos de 4,5cmx5,3cm	01-09-2021	08:25:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:01:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 2 solicitan: Rango de flujo de 0,01ml/h a 100ml/h, con incrementos de 0,1ml/h Solicitamos y sugerimos modificar e incluir lo siguiente: Rango de flujo de 0,1 ml/h a 999,9 ml/h con incrementos de 0,01 a 0,1 ml/h. Considerando que las bombas de infusión a jeringa se utilizan en servicios como anestesia, pediatría, neonatología donde la precisión de la infusión es de vital importancia.	01-09-2021	08:26:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:02:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: VASOS PARA SOLUCIONES DE 36,8 CM X 12,7 CM solicitamos a la convocante poder ofertar vasos de 34,5 cmX 12,5 cm	01-09-2021	08:26:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:02:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: TIJERAS MAYO RECTA ATRAUMÁTICA DE 16,2 CM TIJERAS METZENBAUM CURVA DELICADA DE 17,8 CM TIJERAS IRIS RECTA LARGO TOTAL 11,6 CM, HOJA DE CORTE 2,5 CM TIJERAS RECTAS CON VÁSTAGO PLANO LARGO TOTAL 9,7 CM, HOJA DE CORTE 1,6 PORTA AGUJAS TIPO WEBSTER DE 11,5 CM PORTA AGUJAS TIPO HALSEY DE 13,5 CM TIJERAS RECTAS UNA PUNTA ATRAUMÁTICA Y OTRA TRAUMÁTICA DE 12 CM Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 1 cm) ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:26:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:03:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Con al menos 250 programas definibles Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento sea de acuerdo a tecnología del Fabricante ya que varían mucho, caso contrario se diría que la especificación va muy dirigida a una marca específica.	01-09-2021	08:26:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:05:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: TIJERAS CURVAS CON VÁSTAGO PLANO LARGO TOTAL 9,7 CM, HOJA DE CORTE 1,6 TIJERAS PARA TENOTOMÍA CURVA CON VÁSTAGO PLANO DE LARGO TOTAL 9,8 CM, HOJA DE CORTE 1,3 CM TIJERAS TIPO STEVENS PARA TENOTOMÍA CURVA LARGO TOTAL 10,5 CM, HOJA DE CORTE 1,2 CM TIPO STEVENS CURVA, LARGO TOTAL 10,5 CM, HOJA DE CORTE 1,4 CM PINZAS ANATÓMICA ALLIS CON DIENTE 5X6 DE 15,6 CM Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 1 cm) en el largo total, ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:27:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:06:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: TIJERAS MAYO CURVA TERMINACIÓN MATE DE 17,1 CM TIJERAS PARA CIRUGÍA PLÁSTICA RECTA DE 12,1 CM TIJERAS PARA CIRUGÍA PLÁSTICA CURVA DE 12,1 CM TIJERAS DE DISECCIÓN CURVA MANGO PESADO LARGO TOTAL 14,6 CM, HOJA DE CORTE 4,25 CM Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 1 mm) ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:27:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:06:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Corrientes fraccionadas para endoscopia Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento sea de carácter Opcional	01-09-2021	08:27:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:06:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: CAJA DE INSTRUMENTALES CON TAPA FENESTRADA DE 33 CM X 51,4 X 8,9 CM Solicitamos por favor considerar cotizar contenedor de aluminio anodizado con las siguientes dimensiones: 47 x 28,1 x 13,7 cm incluidos la tapa y filtro apto para 5.000 ciclos, cesta que pueda facilitar la presentación sin riesgo de contaminación, esterilla de silicona y precintos de seguridad; ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:27:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:07:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: CAJA DE INSTRUMENTALES CON TAPA FENESTRADA DE 33 CM X 51,4 X 8,9 CM solicitamos a la convocante poder ofertar cajas con las siguientes medidas 58 cmx 28 cm x 10 cm	01-09-2021	08:27:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:07:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: TIJERAS RECTAS UNA PUNTA ATRAUMÁTICA Y OTRA TRAUMÁTICA DE 12 CM Solicitamos por favor aclarar si son 2 unidades de cada una de las tijeras solicitadas, o es una de cada medida.	01-09-2021	08:28:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:08:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: TIJERAS DE DISECCIÓN CURVA MANGO PESADO LARGO TOTAL 14,6 CM, HOJA DE CORTE 4,25 CM Solicitamos por favor poder cotizar Tijera Metzenbaum de 14,5 cm, ya que cumpliría con los mismos fines, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:28:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:09:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PINZAS FOERSTER RECTA SERRADA DE 35,7 CM Solicitamos por favor tener en cuenta que 35,7 cm es una longitud extensa para una caja abdominal, tratándose de un hospital pediátrico. Sugerimos poder cotizar en tal caso las pinzas Foerster de 18 a 24,5 cm o con máximo de 32 cm.	01-09-2021	08:28:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:10:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: ANILLOS PARA LAPAROTOMÍA DE 3,8 CM Solicitamos por favor aclarar si se refiere a retractor o separador y especificar las medidas correspondientes de longitud.	01-09-2021	08:29:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:10:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Frecuencia de salida: 300KHz Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento sea tomando como "Mínimo" o en todo caso se establezca que sea de 300KHz o mejor.	01-09-2021	08:29:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:12:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PINZAS MOSQUITO TIPO PETIT-POINT CURVA DE 15,2 CM PINZAS MOSQUITO TIPO PETIT-POINT RECTA DE 15,2 CM Solicitamos por favor poder cotizar Pinza Hemostática de 15 cm, ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:29:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:13:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PINZAS MOSQUITO TIPO PETIT-POINT CURVA DE 15,2 CM PINZAS MOSQUITO TIPO PETIT-POINT RECTA DE 15,2 CM Solicitamos por favor poder cotizar Pinza Hemostática de 15 cm, ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:29:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:15:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PINZAS BACKHAUS TERMINACIÓN TIPO ESPEJO DE 13,3 CM Solicitamos por favor aclarar a qué haría referencia la terminación Tipo Espejo y aceptar rango de tolerancia de (+/-1cm).	01-09-2021	08:30:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:15:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: SEPARADOR TIPO VOLKMAN CON TRES DIENTES ATRAUMÁTICO DE 9,15MM DE 11,8 CM SEPARADORES KNAPP DE 13,2 CM Solicitamos por favor poder cotizar Retractor o Separador de 3 garfios Romo de 15,5 cm (+/-1cm), ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:30:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:16:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: TIJERAS PARA TENOTOMÍA TIPO STEVENS CURVA 12MM LARGO TOTAL 10,7 CM, HOJA DE CORTE 1,2 CM Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 2 mm) ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:30:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:17:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: CAJAS PARA INSTRUMENTAL PARA AUTOCLAVE EN ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO DIMENSIONES: 40CM X 30CM X 15CM. solicitamos a la convocante poder ofertar cajas con las siguientes medidas 46x28x135	01-09-2021	08:30:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:17:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PORTA AGUJAS TIPO MASSON DE 26,8 CM Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 3 mm) ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:31:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:18:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Función para bebés Se solicita a la Convocante Aclarar dicho requerimiento, que la placa sea para función bebes, son exclusivas de una marca, sugerimos colocarla como opcional para permitir la participación de otros oferentes.	01-09-2021	08:31:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:18:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PORTA AGUJAS TIPO CRILE-WOOD TERMINACIÓN MATE DE 20,5 CM Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 5 mm) ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:32:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:19:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: TUBOS DE ASPIRACIÓN, BABY YANKAUER, 21CM 2 solicitamos a la convocante poder ofertar TUBOS DE ASPIRACIÓN Baby-Poole	01-09-2021	08:32:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:19:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PORTA AGUJAS Y TEJIDO ADSON CON DIENTE 1X2 DE 11,9 CM Solicitamos por favor aclarar si se refiere a Pinza Adson con diente 12 cm.	01-09-2021	08:33:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:20:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PINZAS ANATÓMICAS PARA TEJIDO Y AGUJA ADSON CON DIENTE 3X4 DE 12,4 CM Solicitamos por favor poder cotizar Pinza Anatómica para tejido Adson Brown de 12 cm, ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		01-09-2021	08:33:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		06-09-2021	10:20:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PINZAS ANATÓMICAS TIPO EWALD CON DIENTE 1X2 DE 12,4 CM Solicitamos por favor poder cotizar Pinza Anatómica tipo Gerald 1x2 dientes de 17,5 cm, ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		01-09-2021	08:33:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		06-09-2021	10:21:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: SEPARADORES SENN ATRAUMÁTIC DE 16 CM Solicitamos por favor poder cotizar separador o retractor tipo Senn Miller de 15,5 cm de longitud (+/-1cm), ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		01-09-2021	08:33:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		06-09-2021	10:21:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
donde dice: TIJERAS SUPERCUT STEVENS RECTA, 11,5CM consultamos a la convocante poder ofertar tijera Punta aguda		01-09-2021	08:34:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		06-09-2021	10:22:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: GANCHOS JOHNSON 5MM DE 16,5 CM Solicitamos por favor poder cotizar gancho tipo Joseph 6mm, 16cm de longitud (+/-1cm), ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		01-09-2021	08:34:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		06-09-2021	10:22:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: RIÑONERAS DE 10 ONZAS DE 16,8CMX8,9CMX3,8CM Solicitamos por favor poder cotizar riñonera de acero quirúrgico de 8 a 10 onzas, o 250 ml (+/-10 ml) con medidas de 17 cm (+/-1 cm), ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		01-09-2021	08:34:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		06-09-2021	10:23:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Con sistema de sellado vascular bipolar. Que permita sellar vasos hasta 7 mm de diámetro generando daño térmico lateral 3 mm o menor Se solicita a la Convocante Aclarar esta especificación, son exclusivas de una marca sugerimos colocarla como opcional para permitir la participación de otros oferentes.		01-09-2021	08:34:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		06-09-2021	10:23:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: VASOS GRADUADO DE 2 ONZAS DE 5,4 CM X 5,1 CM Solicitamos por favor poder cotizar vaso graduado de 1.5 a 2 onzas o 50 a 60 CCM, ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		01-09-2021	08:34:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		06-09-2021	10:24:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: VASOS PARA IODO DE 6 ONZAS DE 8,6 CM X 5,1 CM Solicitamos por favor poder cotizar pote o vasos de acero quirúrgico de 5 a7 onzas, o 160 ml (+/-10 ml), con medidas de 8,3 x 5,4 x 4,1 cm (+/-1 cm), ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:35:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:24:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: PINZAS HEMOSTÁTICA, ROCHESTER OCHSNER, 14CM, RECTA solicitamos a la convocante poder ofertar pinzas Ochsner-Kocher	01-09-2021	08:35:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:24:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: SEPARADORES VOLKMAN CON 6 DIENTES FILOSOS DE 16 MM X 40 MM DE 23,2 CM Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de 22,5 (+/-1 cm), ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:35:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:25:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: TUBOS DE ASPIRACIÓN FRAZIER ANGULADA DE 14FR DE 19,3 CM Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de 18 cm (+/-1cm), ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:35:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:27:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Corte puro, ajustable de 10 (o menor) a 400 W (o mayor) Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento vaya a partir de 10 a 300W o mejor	01-09-2021	08:35:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:28:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: TUBOS DE ASPIRACIÓN FRAZIER ANGULADA DE 14FR DE 19,3 CM Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de 18 cm (+/-1cm), ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:36:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:29:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: PINZAS HEMOSTÁTICA, ROCHESTER OCHSNER, 20CM, CURVA solicitamos a la convocante poder ofertar PINZAS Ochsner-Kocher	01-09-2021	08:36:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:30:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: CAJAS PARA INSTRUMENTAL PARA AUTOCLAVE EN ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO DIMENSIONES: 40CM X 30CM X 15CM. Solicitamos poder cotizar contenedor de aluminio anodizado con las siguientes dimensiones: 47 x 28,1 x 15,2 cm incluido la tapa y filtro apto para 5.000 ciclos, cesta que pueda facilitar la presentación sin riesgo de contaminación, esterilla de silicona acorde al tamaño de la cesta, etiqueta de identificación y precintos de seguridad, ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:36:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:31:14
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: TIJERAS DE DISECCIÓN, RECTA MAYOSTILLE, 15CM TIJERAS PARA VENDAJES, UNIVERSAL, 15CM TIJERAS SUPERCUT STEVENS RECTA, 11,5CM PINZAS A TRAUMÁTICAS, DE BAKEY, 16CM, PUNTA DE 1MM PINZAS A TRAUMÁTICAS, DE BAKEY, 16CM, PUNTA DE 1,5MM PINZAS A TRAUMÁTICAS, DE BAKEY, 16CM, PUNTA DE 2MM PINZAS A TRAUMÁTICAS, DE BAKEY, 20CM, PUNTA DE 1MM PORTA AGUJAS, CERRADA, MAYO – HEGAR, 16CM, TC Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 1 cm) en el largo total, ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:36:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:32:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: SEPARADORES MALEABLES RIBBON, 25MM X 330MM solicitamo a la convocante poder ofertar separadores de 30mm	01-09-2021	08:37:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:32:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: SEPARADORES VOLKMANN, AGUDO, DOS DIENTES, 21,5CM SEPARADORES VOLKMANN, AGUDO, TRES DIENTES, 21,5CM SEPARADORES VOLKMANN, AGUDO, CUATRO DIENTES, 21,5CM SEPARADORES VOLKMANN, ROMO, DOS DIENTES, 21,5CM SEPARADORES VOLKMANN, ROMO, TRES DIENTES, 21,5CM SEPARADORES VOLKMANN, ROMO, CUATRO DIENTES, 21,5CM SEPARADORES ADSON, 16CM, ROMO PORTA AGUJAS, CERRADA, MAYO – HEGAR, 18CM, TC PORTA AGUJAS, CERRADA, MAYO – HEGAR, 20CM, TC PORTA AGUJAS, CERRADA, MAYO – HEGAR, 24CM, TC PORTA AGUJAS, CERRADA, MAYO – HEGAR, 16CM, PUNTA FINA, TC PORTA AGUJAS, RYDER, ANCHO DE PUNTA: 1MM, 13CM, TC PORTA AGUJAS, RYDER, ANCHO DE PUNTA: 1MM, 18CM, TC PORTA AGUJAS, RYDER, ANCHO DE PUNTA: 2MM, 20CM, TC TIJERA POTTS, ANGULADA DE 45°, MANGO PLANO, 18,5CM (TITANIO) TIJERA POTTS, ANGULADA DE 90°, MANGO PLANO, 18,5CM (TITANIO) PINZAS DE DISECCIÓN DE BAKEY, RECTO, ANCHO DE LAS MANDÍBULAS: 1,5MM, MANGO PLANO, 15CM (TITANIO) Solicitamos por favor considerar acero quirúrgico y rango de tolerancia de (+/- 5 mm) en el largo total, ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:37:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:33:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dica: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 400 W (o mayor) Se solicita a la Convocante: 5w a 200W como mínimo o mejor	01-09-2021	08:37:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:33:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: SEPARADORES MALEABLES RIBBON, 76MM X 330MM solicitamos a la convocante poder ofertar separadores de 50mm	01-09-2021	08:37:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:35:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: SEPARADORES MALEABLES RIBBON, 76MM X 330MM Solicitamos por favor aceptar rango de tolerancia en el ancho de (+/-30mm), ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes. Solicitamos además, poder cotizar Separador Maleable de Ribbon 50x330 mm.	01-09-2021	08:38:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:35:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: CADRES DE ESTERILIZACIÓN, BUNT, 12CM Solicitamos por favor aceptar rango de tolerancia en el ancho de (+/-3cm), ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes. Solicitamos, además, poder cotizar porta pinza de 10,5 cm.	01-09-2021	08:38:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:35:58

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: ESTUCHES PARA ESTERILIZAR AGUJA EN AUTOCLAVES DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO. DIMENSIONES: 65MM X 42MM X 8MM Solicitamos por favor aceptar rango de tolerancia en el ancho de (+/-10mm), ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:38:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:36:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Corriente de coagulación forzada, ajustable de 5 (o menor) a 150 W (o mayor) Se solicita a la Convocante: 5W a 120W como mínimo o mejor	01-09-2021	08:38:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:37:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: CAJAS CON TAPA PARA INSTRUMENTOS PEQUEÑOS DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO, PARA ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN. DIMENSIONES: 218MM X 150MM X 50MM Solicitamos poder cotizar contenedor de aluminio anodizado para autoclave con las siguientes dimensiones 310 x 140 x 67cm incluido la tapa y filtro apto para 1000 ciclos, esterilla de silicona acorde al tamaño de la cesta, etiqueta de identificación y precintos de seguridad; ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:38:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:37:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: PORTA AGUJAS, CERRADA, MAYO HEGAR, 16CM, PUNTA FINA, TC consultamos a la convocante la posibilidad de ofertar Ryder-French-eye de 15cm	01-09-2021	08:39:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:38:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: MICRO PORTA AGUJAS, RECTO, CON SEGURO, AMNGO PLANO, 16CM, RECUBIERTO Solicitamos poder cotizar porta aguja de titanio mango redondo con seguro de 18.5 cm ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:39:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:39:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: PINZA CLAMP CASTAÑEDA, ANGULADO DE 50°, 13CM. PESO: HASTA 12 GRAMOS (TITANIO) PINZA CLAMP CASTAÑEDA, CURVO, 12CM. PESO: HASTA 12 GRAMOS (TITANIO) Solicitamos poder aceptar acero quirúrgico y ampliar rango de tolerancia de (+/-1cm) ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:39:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:39:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: PORTA AGUJAS, CERRADA, MAYO – HEGAR, 12CM, TC Solicitamos poder cotizar porta aguja de Halsey con carburo de tungsteno, que cumpla lo longitud requerida por el oferente de 12 cm, ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:39:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:41:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Corriente de coagulación sin contacto mediante spray, ajustable de 2 (o menor) a 150 W (o mayor) Se solicita a la Convocante: 5W a 120W como mínimo o mejor	01-09-2021	08:40:03

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:42:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: PORTA AGUJAS, CERRADA, MAYO – HEGAR, 14CM, TC Solicitamos poder cotizar porta aguja tipo Crile Wood con carburo de tungsteno, de 14,5cm (+/-5mm), ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	01-09-2021	08:40:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:42:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: CADRES DE ESTERILIZACIÓN, BUNT, 12CM solicitamos a la convocante poder ofertar CADRES Mayo de 14cm	01-09-2021	08:40:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:43:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Corriente de coagulación sin contacto mediante chispas, ajustable de 2 (o menor) a 150 W (o mayor) Se solicita a la Convocante: 5W a 120W como mínimo o mejor	01-09-2021	08:41:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:43:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: PINZAS PARA TORCER HILOS, MAYO HABERISSER, PUNTA ARREDONDADA, 15CM,TC solicitamos a la convocante poder ofertar pinzas Corwin	01-09-2021	08:41:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:43:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Corriente por desecación , ajustable de 1 a 100 W (o mayor) Se solicita a la Convocante: 5W a 120W como mínimo o mejor	01-09-2021	08:42:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:44:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: SEPARADORES COSTAL, MORSE FAVALORO, 17MM X 22M X 160MM solicitamos a la convocante poder ofertar separadores Ankeney con la siguiente medida 19mmx25mmx127mm	01-09-2021	08:42:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:44:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Corte bipolar puro, ajustable de 1 a 150 W (o mayor) Se solicita a la Convocante: 5 a 100W como mínimo o mejor	01-09-2021	08:43:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:45:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: SEPARADORES COSTAL, MORSE, 19MM X 27M X 210MM solicitamos a la convocante poder ofertar separadores Morse-Favaloro de 19mmx29mmx200mm	01-09-2021	08:43:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:45:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: Corte bipolar mezclado, ajustable de 1 a 150 W (o mayor) Se solicita a la Convocante: 1 a 120W como mínimo o mejor	01-09-2021	08:44:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:45:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: ESTUCHES PARA ESTERILIZAR AGUJA EN AUTOCLAVES DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO. DIMENSIONES: 65MM X 42MM X 8MM solicitamos a la convocante poder ofertar estuches de 65mmx45mmx8mm	01-09-2021	08:44:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:46:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Corriente de coagulación bipolar micro, ajustable de 0,1 a 50 W (o mayor) Se solicita a la Convocante: 1 a 40W como mínimo o mejor	01-09-2021	08:45:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:46:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: CAJAS CON TAPA PARA INSTRUMENTOS PEQUEÑOS DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO, PARA ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN. DIMENSIONES: 218MM X 150MM X 50MM solicitamos a la convocante poder ofertar cajas de 220mmx150mmx50mm tapa sin boton	01-09-2021	08:45:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:47:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: BANDEJAS TIPO BOL, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO. DIÁMETRO: 167MM, ALTURA 75MM, CAPACIDAD: 1, 10LITROS solicitamos a la convocante poder ofertar bandejas de 165mmx60mm Capacidad:750ml	01-09-2021	08:46:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:47:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Corriente de coagulación bipolar macro, ajustable de 1 a 120 W (o mayor) Se solicita a la Convocante: 1 a 120W como mínimo o mejor	01-09-2021	08:47:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:47:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: PINZAS DE DISECCIÓN DE BAKEY, RECTO, ANCHO DE LAS MANDÍBULAS: 1,5MM, MANGO PLANO, 15CM (TITANIO) solicitamos a la convocante poder ofertar pinzas Diethrich	01-09-2021	08:47:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:48:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Corriente de coagulación bipolar para vasos sanguíneos bipolar, ajustable de 5 (o menor) a 300 W (o mayor) Se solicita a la Convocante: 1 a 120W como mínimo o mejor	01-09-2021	08:47:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:48:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: MICRO PORTA AGUJAS, RECTO, CON SEGURO, AMNGO PLANO, 16CM, RECUBIERTO CON TUNGSTENO (TITANIO) solicitamos a la convocante poder ofertar micro porta aguja Diethrich	01-09-2021	08:48:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:48:56

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los ítems donde se solicita contenedores, solicitamos a la convocante poder ofertar contenedores de aluminio, que cumpla con los estándares de calidad.	01-09-2021	08:51:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:49:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan certificado FDA para los contenedores, solicitamos a la convocante permitir presentar certificado FDA y/o CE	01-09-2021	08:52:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:49:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
sonde solicitan material carburo de tungsteno en tijeras y portaguas solicitamos a la convocante que la solicitud sea opcional	01-09-2021	08:54:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:50:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 4 ELECTROBISTURI Considerando que en los ítems del 8 al 16 instrumentales se solicitan Certificado de Registro sanitario, de presentación OBLIGATORIA, vigente. Solicitamos respetuosamente, que sea de presentación obligatoria el Certificado de Registro Sanitario vigente correspondiente a este ITEM 4 ELECTROBISTURI.	01-09-2021	08:59:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:50:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: NICOLA CURETA MAL Ø 6.5MM, 26 CM CORTE HACIA IZQ solicitamos a la convocante poder ofertar NICOLA CURETA de 21,5 cm	02-09-2021	16:25:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:50:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: NICOLA CURETA MAL Ø 6.5MM, 26 CM solicitamos a la convocante poder ofertar NICOLA CURETA MAL Ø 6.5MM de 21,5 cm	02-09-2021	16:26:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:51:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: TIJERAS METZENBAUM RECTA DE 18 CM solicitamos a la convocante poder ofertar TIJERAS METZENBAUM RECTA de 11,5	02-09-2021	16:39:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:52:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: TIJERAS RECTAS CON VÁSTAGO PLANO LARGO TOTAL 9,7 CM, HOJA DE CORTE 1,6 solicitamos a la convocante poder ofertar tijera Ribbon de 9,5 cm	02-09-2021	16:41:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:52:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Pantalla LCD de 3.5" o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Pantalla LCD de 2.4" o mayor. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes ya que se ajustaría a los tamaños de pantallas estándares utilizadas en este tipo de equipos médicos. La modificación sugerida no afecta la funcionalidad ni calidad del equipo solicitado.	02-09-2021	16:42:50

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:52:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: TIJERAS CURVAS CON VÁSTAGO PLANO LARGO TOTAL 9,7 CM, HOJA DE CORTE 1,6 solicitamos a la convocante poder ofertar Ribbon curva de 9,5 cm	02-09-2021	16:43:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:53:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: TIJERAS PARA TENOTOMÍA CURVA CON VÁSTAGO PLANO DE LARGO TOTAL 9,8 CM, HOJA DE CORTE 1,3 CM Solicitamos a la convocante poder ofertar Stevens tijera curva de 10,5cm	02-09-2021	16:44:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	06-09-2021	10:53:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: VASOS GRADUADO DE 2 ONZAS DE 5,4 CM X 5,1 CM Solicitamos a la convocante poder ofertar copa graduada de 0,05L	02-09-2021	16:48:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:53:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE:VASOS GRADUADO DE 50CC DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CUBETA REDONDA 40X19MM	02-09-2021	16:56:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-09-2021	10:54:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: PINZAS FOERSTER RECTA SERRADA DE 35,7 CM solicitamos a la convocante confirmar la medida solicitada Las Foerster normalmente vienen con 25 cm, favor confirmar	08-09-2021	13:46:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	11:33:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: PINZAS ANATÓMICAS PARA TEJIDO Y AGUJA ADSON CON DIENTE 3X4 DE 12,4 CM Solicitamos a la convocante aceptar PIN.DE DISECCION REC.3X4 DIENTES 13,0 CM	08-09-2021	13:49:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, se aceptará PIN.DE DISECCION REC.3X4 DIENTES 13,0 CM	10-09-2021	11:34:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: CADRES DE ESTERILIZACIÓN, BUNT, 12CM Solicitamos a la convocante aclarar a que se refiere con Cadres de esterilizacion, favor aclarar el producto solicitado,	08-09-2021	13:51:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los Cadres de esterilización se refieren a separadores de pinzas que se encuentran en las cajas, también denominado clip porta instrumentos.	10-09-2021	11:34:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: CANULA SUCCION POOL CHARR.30 solicitamos a la convocante poder ofertar POOLE CANULA P.ASP.REC. 10,0 MM/22,0 CM	08-09-2021	13:53:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	11:35:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: CANULA SUCCION POOL CHARR.23 solicitamos a la convocante poder ofertar POOLE CANULA P.ASP.CURVA . 8,0 MM/22,0 CM	08-09-2021	13:55:10

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	11:35:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la convocante agregar una variación de +-2 cm en las medidas de instrumentales y +5 cm a la medida de las cajas y cestas para dar oportunidad a la presentación de mas oferentes.	08-09-2021	13:56:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, Adenda N° 02 y Adenda N° 03.	10-09-2021	11:36:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Rango de flujo de 0,01 ml/h a 1000 ml/h, con incrementos de 0,1 ml/h. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Rango de flujo de 0,1 ml/h a 1000 ml/h, con incrementos de 0,1 ml/h. No tiene sentido solicitar incrementos de 0.1 ml/h siendo que el rango de flujo comienza en 0.01 ml/h hasta un valor de 1000 ml/h.	08-09-2021	13:57:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:37:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Selección de volumen 0,1ml a 9.999ml, con incrementos de 0,01ml a 1ml. Se pide a la convocante aclarar si la bomba solicitada debe poder incrementar desde 0,01ml hasta 1ml (incremento variable) o se permite la participación de aquellas que cumplan dentro del rango especificado, es decir, pueden participar aquellas que incrementan desde 0,01ml y también aquellas que incrementan de a 1ml. En todo caso, favor modificar este punto a Selección de volumen 0,1ml a 9.999ml, con incrementos en el rango de 0,01ml a 1ml	08-09-2021	13:58:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Debe ser con incremento variable entre 0,01 ml a 1 ml.	10-09-2021	11:38:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Administración de bolo: Volumen máximo de bolo de 99,99ml, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo. Se pide a la convocante poder cambiar el volumen del bolo, dado que no existe una limitación de 99,99ml. Esto significaría que se debe conseguir una jeringa de 100ml o mayor para poder ser posible administrar un bolo de ese volumen. Se recomienda establecer como volumen máximo de bolo el valor de 25ml, lo cual es común para las bombas a jeringa y así tendría más sentido establecer esta especificación. Se pide modificar este punto a: Administración de bolo: Volumen máximo de bolo de 25ml, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo.	08-09-2021	14:00:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:38:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Presión de oclusión de 9 niveles o mayor. Se pide a la convocante permitir la participación de bombas a jeringa con 3 niveles de oclusión y no limitar la participación, ya que por normativa se requiere como mínimo 3 niveles, es decir, no es necesario establecer un parámetro tan grande como de 9 niveles ante una presión de oclusión; en todo caso, se pide modificar este punto a: Presión de oclusión de 3 niveles o mayor.	08-09-2021	14:01:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:39:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría cotizar fuente de luz LED de 150W como mínimo?	08-09-2021	14:45:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:39:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría cotizar cesta perforada, acorde a la medida de la cubeta cotizada? Considerando que permiten cotizar cubeta acorde a las medidas de los instrumentales, también deberían modificar las especificaciones de la cesta, para que pueda caber dentro de la cubeta	08-09-2021	14:49:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:40:09

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría cotizar cesta perforada, acorde a la medida de la cubeta cotizada? Considerando que permiten cotizar cubeta acorde a las medidas de los instrumentales, también deberían modificar las especificaciones de la cesta, para que pueda caber dentro de la cubeta	08-09-2021	14:51:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:40:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría cotizar cesta perforada y esterillas, acorde a la medida de la cubeta cotizada? Considerando que permiten cotizar cubeta acorde a las medidas de los instrumentales, también deberían modificar las especificaciones de la cesta y la esterilla, para que pueda caber dentro de la cubeta.	08-09-2021	14:53:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:41:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría cotizar cesta perforada y esterilla, acorde a la medida de la cubeta cotizada? Considerando que permiten cotizar cubeta acorde a las medidas de los instrumentales, también deberían modificar las especificaciones de la cesta y la esterilla, para que pueda caber dentro de la cubeta	08-09-2021	14:54:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:41:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría cotizar cesta perforada y esterilla, acorde a la medida de la cubeta cotizada? Considerando que permiten cotizar cubeta acorde a las medidas de los instrumentales, también deberían modificar las especificaciones de la cesta y la esterilla, para que pueda caber dentro de la cubeta	08-09-2021	14:56:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:42:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría cotizar cesta perforada y esterilla, acorde a la medida de la cubeta cotizada? Considerando que permiten cotizar cubeta acorde a las medidas de los instrumentales, también deberían modificar las especificaciones de la cesta y la esterilla, para que pueda caber dentro de la cubeta	08-09-2021	14:57:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:42:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 2 para los otros ítems, pero no para este.	08-09-2021	15:00:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Según Adenda N° 02 se permite variación de medidas en algunos instrumentales solicitados en el Item 16.	10-09-2021	11:43:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 2 para los otros ítems, pero no para este.	08-09-2021	15:01:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:45:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 2 para los otros ítems, pero no para este.	08-09-2021	15:01:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:45:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 2 para los otros ítems, pero no para este.	08-09-2021	15:02:09

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:45:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 2 para los otros ítems, pero no para este.	08-09-2021	15:02:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:46:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 2 para los otros ítems, pero no para este.	08-09-2021	15:02:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	11:47:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 2 para los otros ítems, pero no para este.	08-09-2021	15:03:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	11:47:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas solicitadas requieren que el desfibrilador cuente Forma de onda exponencial truncada bifásica para la terapia de desfibrilación y además solicitan límite superior: 360 J. Esta carga es un contrasentido en referencia a la tecnología bifásica, ya que sería una carga excesiva para el corazón 360 J en dos direcciones. Por lo tanto, se solicita que sea modificado a Límite superior: 200 J.	08-09-2021	21:21:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	11:48:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la monitorización de ECG solicitan capacidad para uso con latiguillos 3, 5 o 10 vías, como la utilización de 10 vías es para fines diagnósticos este tipo de monitorización no se utiliza en desfibriladores donde se estima que la conexión del paciente es transitoria, por lo que solicitamos se elimine este requerimiento	08-09-2021	21:22:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:48:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan Marcapasos, solicitamos se puedan ofertar equipos con amplitud de 10 mA a 200 mA	08-09-2021	21:22:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:49:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la monitorización de ECG solicitan capacidad para uso con latiguillos 3, 5 o 10 vías, como la utilización de 10 vías es para fines diagnósticos este tipo de monitorización no se utiliza en desfibriladores donde se estima que la conexión del paciente es transitoria, por lo que solicitamos se elimine este requerimiento	08-09-2021	21:23:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:49:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan CO2, pedimos permitan ofertar Rango de medición de 0,5 a 99 mmHg	08-09-2021	21:23:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:50:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes	08-09-2021	21:24:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:51:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes	08-09-2021	21:25:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:51:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes	08-09-2021	21:26:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:52:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes	08-09-2021	21:27:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:52:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes	08-09-2021	21:27:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:52:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes	08-09-2021	21:28:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	11:53:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 3 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes	08-09-2021	21:31:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	11:53:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes	08-09-2021	21:32:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	11:54:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Para este ítem destacamos que han incluido medidas que no existen en la práctica, con números decimales, o pertenecen a una sola marca del mercado. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes.	08-09-2021	21:33:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	10-09-2021	11:55:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes	08-09-2021	21:36:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Según Adenda N° 02 se permite variación de medidas en algunos instrumentales solicitados en el Item 16.	10-09-2021	11:57:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1- Donde dice: Adicionalmente el sistema de contenedores debe tener aprobación por FDA y/o TUV y/o CE. Estos certificados son de presentación obligatoria, original o fotocopia legalizada, deberá ser otorgado por el fabricante al postor y debe indicar el material con que ha sido elaborado el material médico quirúrgico y odontológico que ofertan los postores. Los certificados FDA y/o TUV y/o CE, FDA para fabricantes solo son emitidos de manera general y dirigidos al fabricante, nunca son nominadas a las empresas oferentes o postoras, por lo que solicitamos replantear este punto.	08-09-2021	21:38:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita que el sistema de contenedores cuente con el documento en el que se constate la aprobación por FDA y/o TUV y/o CE.	10-09-2021	12:02:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2- Para los contenedores solicitan: Sistema de barrera estéril rígido preformado, que cumple la función de: Proteger físicamente el contenido del ambiente externo; Manteniendo el contenido en condición estéril después del proceso de esterilización en autoclave y durante el almacenamiento, impidiendo el ingreso de micro organismos hacia el interior del contenedor; Presentación aséptica y contenido estéril en el quirófano; Finalmente con placas con nombre y especialidad, que permita identificación del contenido y datos relevantes del proceso de esterilización aplicados. Los contenedores con sistema de barrera estéril no llevan filtro por lo que existe una discrepancia entre la descripción de este ítem y los siguientes (tapas, filtros PTFE, etc). Les solicitamos aclarar este punto porque parece haber un error.	08-09-2021	21:45:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En Adenda N° 02, fue modificado dicho requerimiento.	10-09-2021	12:03:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3- Las medidas de los contenedores de algunos ítems no podrían contener todos los instrumentales solicitados, por lo que sugerimos soliciten se cotice contenedor de esterilización de tamaño acorde a los instrumentales ofertados en cada caja	08-09-2021	21:45:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Según Adenda N° 02 se permite cotizar contenedores acorde a la medida de los instrumentales.	10-09-2021	12:03:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria mediante copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares en EQUIPOS MEDICOS, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto ofertado. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa. Solicitamos a la convocante que sea el monto equivalente al 50% ser validado en cualquiera de los tres últimos años. (2018-2019-2020).	08-09-2021	22:00:16

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El monto equivalente al 50%, será el resultado de la sumatoria de la copia de los contratos ejecutados en los años 2018, 2019, 2020.	10-09-2021	12:05:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Habilitación Vigente, expedida por el M.S.P. Y B.S., como fabricante, importador, representante o distribuidor de dispositivos médicos. Solicitamos que puedan incluir en trámite de renovación para tener mayor cantidad de oferentes	08-09-2021	22:03:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	10-09-2021	12:05:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Manejo mediante pantalla táctil de al menos 5". Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: Manejo mediante pantalla táctil de al menos 5 pulgadas o mediante mando giratorio".	09-09-2021	08:14:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	12:06:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante aclarar el RUC de la convocante,	09-09-2021	08:15:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Corresponde el RUC 80000905-3.	10-09-2021	12:06:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 400 W (o mayor)". Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 250 W (o mayor)".	09-09-2021	08:25:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	12:07:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Corte bipolar puro, ajustable de 1 a 150 W (o mayor)". Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Corte bipolar puro, ajustable de 1 a 120 W (o mayor)"	09-09-2021	08:27:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	12:07:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Corte bipolar mezclado, ajustable de 1 a 150 W (o mayor)". Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Corte bipolar mezclado, ajustable de 1 a 120 W (o mayor)".	09-09-2021	08:29:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	12:08:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde solicitan Espirometro portátil con impresora incorporado Solicitamos a la convocante poder cotizar impresora por separado, esto ayudara a mantener los informes con mayor tiempo que las impresoras térmicas.	09-09-2021	08:32:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	12:08:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde solicitan Espirómetro diagnóstico con oximetría Solicitamos que este ítem sea opcional la oximetría para dar mayor participación a los proveedores	09-09-2021	08:33:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	12:09:06
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde solicitan Turbina reusable, 3 unidades Solicitamos a la convocante poder cotizar espirómetro con neumotacometro de esta manera se dará mayor participación a los oferentes	09-09-2021	08:34:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se podrá cotizar neumotacometro reusable.	10-09-2021	12:09:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde solicitan Espirometro portátil con impresora incorporado Solicitamos a la convocante poder cotizar Espirometro portátil basados en PC	09-09-2021	08:34:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	12:10:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde solicitan Bateria interna recargable con autonomía de 1 hora como mínimo	09-09-2021	08:34:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ir a la consulta 287	10-09-2021	12:10:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria mediante copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares en EQUIPOS MEDICOS, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020)... solicitamos a la convocante agregar en experiencia requerida Equipos Medicos y/o Instrumentales medicos, segun items solicitados en el PBC	09-09-2021	08:35:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	12:11:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde solicitan Bateria interna recargable con autonomía de 1 hora como mínimo Solicitamos que sea opcional esta punto ya que también están solicitando que funcione con la PC	09-09-2021	08:37:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	12:11:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la convocante que el parámetro Oximetría sea opcional, porque estamos hablando de una sola marca que sería el Spirolab representada en Paraguay por la empresa DEZETA, por lo tanto creemos que las EETT son dirigida a una sola empresa por lo que atenta a la libre participación garantizada por la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. por lo expresado solicitamos la Igualdad de competencia para todos los oferentes.	09-09-2021	08:42:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	12:11:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En cuanto a la presión de oclusión de 9 niveles o mayor; habiendo confirmado que se refiere a 9 niveles de presión diferentes en caso de oclusión seleccionables; en este punto, favor aclarar si lo afirmado es entonces opcional.	09-09-2021	08:42:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	12:12:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: Certificados de Cumplimiento del estándar para embalaje estéril EN ISO 11607-1; DIN EN ISO 2931. Presentar ensayos de validación realizados según EN868 parte 1 y 8 / EN285 : Solicitamos a la convocante aclarar si esta solicitud afecta solo a los productos de presentación estéril	09-09-2021	09:10:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Afecta solo a la caja o contenedor.	10-09-2021	12:12:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

donde dice: Estos certificados son de presentación obligatoria, original o fotocopia legalizada, deberá ser otorgado por el fabricante al postor y debe indicar el material con que ha sido elaborado el instrumental médico quirúrgico y odontológico que ofertan los postores. Solicitamos a la convocante la posibilidad de presentar certificados original o en su defecto copia autenticada, normalmente en los certificados ISO y CE no especifican el material del instrumental o contenedor, solicitamos a la convocante presentar otros certificados o declaraciones del fabricante para demostrar el cumplimiento solicitado.	09-09-2021	09:20:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se podrá presentar otros certificados o declaraciones del fabricante para demostrar el cumplimiento solicitado.	10-09-2021	12:13:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte del pliego dice: Capacidad Técnica. Requisito documental para evaluar la capacidad Técnica, dice: 7. Registro Sanitario para todos los ítems cotizados. Ítem N° 06 Espirómetro, para este ítem respetuosamente solicitamos que este documento se solicite de la siguiente manera: Registro Sanitario o Constancia de Inicio de Trámite de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos.	09-09-2021	09:27:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	12:14:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante agregar una variación de +2 cm en las medidas de los instrumentales.	09-09-2021	09:31:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	12:14:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: Manejo mediante pantalla táctil de al menos 5" . Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: Pantalla de al menos 5" (pulgadas), manejo mediante pantalla táctil o mediante mando giratorio. "	09-09-2021	09:32:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	12:15:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante agregar una variación de +2 cm en las medidas de los instrumentales, para permitir la participación de mas oferentes.	09-09-2021	09:34:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	12:16:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante una variación de +2 cm en las medidas de los instrumentales, para permitir la participación de mas oferentes.	09-09-2021	09:36:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	12:16:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante una variación de +2 cm en las medidas de los instrumentales, para permitir la participación de mas oferentes.	09-09-2021	09:37:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	12:16:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante una variación de +2 cm en las medidas de los instrumentales, para permitir la participación de mas oferentes.	09-09-2021	09:38:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	12:16:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante una variación de +2 cm en las medidas de los instrumentales, para permitir la participación de mas oferentes.	09-09-2021	09:39:16
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2021	12:17:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante una variacion de +-2 cm en las medidas de los instrumentales, para permitir la participacion de mas oferente	09-09-2021	09:40:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	10-09-2021	12:18:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante una variacion de +-2 cm en las medidas de los instrumentales, para permitir la participacion de mas oferente	09-09-2021	09:41:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Según Adenda N° 02 se permite variación de medida en algunos instrumentales.	10-09-2021	12:18:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para todos os ítems Donde dice: Marcado: solo mediante láser, consiguiendo resistencia a la corrosión, abrasión y fácil lectura individual mediante lectores de trazabilidad Data matriz. Solicitamos a la convocante especificar las siglas para los instrumentales de caja item, llevar en cuenta que la marcacion en los instrumentales depende del espacio de cada instrumental, por ello solicitamos aclarar las siglas para cada instrumental dependiendo de la caja.	09-09-2021	09:44:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	12:19:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: Certificados de cumplimiento de Normas Internacionales: las que certifiquen calidad de Instrumental Quirúrgico y Contenedores: ISO 9001 ;EN ISO 13485; DIN 58953-9; DIN EN ISO 2931. Solicitamos a la convocante poder presentar dos de los certificados solicitados.	09-09-2021	09:47:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	10-09-2021	12:19:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2 donde solicitan "Sistema de vena abierta (KVO). Programación de 0.0 (desconectado) a 10 ml/h" solicitamos amablemente a la convocante aceptar rango de KVO desde 00 hasta 5ml/h, el cual se considera flujo suficiente para mantener abiertas las venas de pacientes pediátricos.	13-09-2021	12:13:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En el Hospital General Pediatrico se atienden pacientes de hasta 18 años, 364 días y 23:59 minutos, los cuales, en muchos casos, corresponde físicamente a un paciente adulto, por lo cual se requiere que se ajusten a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	15-09-2021	15:45:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Selección de volumen 0,1ml a 9.999ml, con incrementos de 0,01ml a 1ml. Se pide a la convocante aclarar el punto mencionado, ya que la forma en la que se solicita indica que la bomba debe tener incremento variable entre 0.1 ml a 1 ml, lo cual no lo cumple ninguna marca disponible en el mercado. Así también el volumen máximo solicitado no se ajusta a parámetros de bombas a Jeringa, ya que para lo mismo deberían utilizarse jeringas con el mismo volumen lo cual no existe. Solicitamos, favor modificar este punto a Selección de volumen 0,1ml a 1.000 ml, con incrementos en el rango de 1ml o menor. De manera a ajustarse a las prestaciones de las bombas disponibles en el mercado y no limitar la participación de oferentes.	13-09-2021	13:47:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 04.	15-09-2021	15:47:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Administración de bolo: Volumen mínimo de bolo 25 ml Volumen máximo de bolo 99,99 ml, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo. Se pide a la convocante poder modificar este punto, dado que no existe una limitación de bolo de 99,99ml. Esto significaría que se debe conseguir una jeringa de 100ml o mayor para poder ser posible administrar un bolo de ese volumen. El punto en cuestión limita la participación a oferentes que cuentan con rangos de bolos entre 25 ml y 99,99 ml, por lo que sería imposible la participación de ninguna marca. Se solicita modificar este punto a: Administración de bolo: Volumen de bolo de 1ml o menor a 25 ml o mayor De manera a permitir la participación de equipos con distintos tipos de tecnologías en administración de bolo.	13-09-2021	13:49:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Dirigirse a la Adenda N° 04.		15-09-2021	15:47:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Presión de oclusión de 6 niveles o mayor. Solicitamos la modificación de este punto de manera a permitir la participación de bombas con tecnologías de 3 niveles de oclusión, las cuales cumplen con todas las normativas de calidad en estos tipos de dispositivos. Se solicita modificar este punto a: Presión de oclusión de 3 niveles o mayor. Esto permitirá la participación de oferentes de equipos de excelente calidad y funcionalidad.		13-09-2021	13:51:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las bombas con tecnología de 3 niveles de oclusión, corresponden a un segmento muy inferior al equipo solicitado. Ya se modifico reduciendo los 9 niveles iniciales. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		15-09-2021	15:48:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 4 para los demás ítems, pero no para este.		13-09-2021	14:49:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No se aceptaran variacion de medidas para esta caja. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		15-09-2021	15:49:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 2 para los otros ítems, pero no para este..		13-09-2021	14:49:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No se aceptaran variacion de medidas para esta caja. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		15-09-2021	15:49:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante permitir cotizar todos los instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 4 para los otros ítems, pero en este caso lo hicieron de +/-5mm para algunos pocos instrumentales y no entendemos porqué no a la generalidad, siendo que lo solicitad es una variación mínima que no afecta al uso que se dará a los mismos.		13-09-2021	14:55:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No se aceptaran variacion de medidas para esta caja. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		15-09-2021	15:51:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 4 para los otros ítems, pero no para este..		13-09-2021	14:55:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No se aceptaran más variaciones que las ya indicadas. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		15-09-2021	15:50:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 5 en el punto donde solicita "Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español", solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con idioma en español y panel universal.		13-09-2021	18:10:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		15-09-2021	15:52:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 3 en el punto donde la convocante solicita "Límite inferior: 1 Joules " solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con limite inferior de 2 Joule. Este requerimiento da lugar a mayor cantidad de participación de oferentes.		13-09-2021	18:29:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Entedemos que se refiere al ítem 5 y no al 3. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		15-09-2021	15:52:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
en el ítem 5 donde la convocante solicita "Capacidad de cargar en 6 segundos o menos a 200 Joules o más" solicitamos amablemente a la convocante aceptar como opcion capacidad de menor a 7 segundos a 360 JOule. Este requerimiento se debe a la descripción técnica o análisis de distintas marcas, si se hace una comparativa incluso podría ser mejor tiempo a 200 J. Por lo tanto sugerimos a la convocante solicitar el tiempo de carga a máxima energía.		13-09-2021	18:37:48
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 04.	15-09-2021	15:53:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2 donde la convocante solicita Peso 2Kg o menor, solicitamos amablemente a la convocante que acepte peso menor a 3kg, considerando la mayor inclusión de oferentes, además el peso sugerido es cercano al requerido.	13-09-2021	21:18:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si bien en una sola bomba, la variación solicitada, aparentemente, es ínfima. Al momento de apilar las mismas esa variación es significativa. Adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.	15-09-2021	15:54:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2 donde la convocante solicita selección de volumen de 0,1ml a 9,999 ml, con incrementos de 0,01 ml/h a 1 ml/h. Solicitamos a la convocante aclarar si los pasos puntuales incluidos en ese rango son aceptables EJ: 0,1ml/h.	13-09-2021	21:26:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 04.	15-09-2021	15:54:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2 donde la convocante solicita "Administración de bolo: Volumen mínimo de bolo 25ml Volumen máximo de bolo 99,99ml, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo. Solicitamos amablemente a la convocante introducir Volumen mínimo de bolo 25ml o menor, Volumen máximo de bolo 99,99ml o mayor. Considerando que con el rango solicitado quedan descalificados equipos con mejores prestaciones	13-09-2021	21:30:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 04.	15-09-2021	15:55:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2 donde la convocante solicita "Administración de bolo: Volumen mínimo de bolo 25ml Volumen máximo de bolo 99,99ml, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo. Solicitamos amablemente a la convocante introducir Volumen mínimo de bolo 25ml o menor, Volumen máximo de bolo 99,99ml o mayor. Considerando que con el rango solicitado quedan descalificados equipos con mejores prestaciones	13-09-2021	21:32:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 04.	15-09-2021	15:55:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2 donde la convocante solicita presión de oclusión 6 niveles o mayor, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos de 3 niveles o mayor, considerando que los niveles de oclusión vienen pre establecidos entre bajo, alto y medio, y que las presiones generalmente son ajustables	13-09-2021	21:35:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.	15-09-2021	15:56:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: MC KERRISON (MICRO) PINZA 20CM, 2MM, 40° ARR PE CE. Solicitamos a la convocante aceptar la pinza Kerrison (Micro) con apertura de 130°, ya que la angulación de 40°/130° depende del punto 0° donde tome el fabricante para la remoción eficiente del tejido óseo. Además solicitamos la aclaración de las siglas, ARR PE CE.	14-09-2021	10:14:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 04.	15-09-2021	15:56:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Punto 7. Registro Sanitario para todo los ítems. El Art. 20 de la Ley 2051/03 establece que Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley Sabemos que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria está en el lento proceso de implementación del registro sanitario. Existen cientos de expedientes de registro de varios probables oferentes que están paralizados debido a la pandemia y la consecuente carga de trabajo acumulada. Es muy probable que, un oferente puede no tener el registro de un producto en el momento de la presentación de ofertas, pero el registro podría estar listo en el momento de la importación del producto que bien puede ser a 30-90 días luego de la fecha de entrega de ofertas. Consideramos que la convocante está violando el Art. 20 del marco rector al exigir el registro sanitario ya que exigir tal registro corresponde a otras instituciones del estado, en este caso, a la Aduana al momento de la importación de los productos. En todo caso, de no poder importar los productos en el tiempo establecido, la convocante tiene las armas legales para aplicar multas e incluso sancionar al adjudicado y aplicar los mecanismos establecidos en la ley para adjudicar el producto. O la convocante podría solicitar el requisito del registro para la firma del contrato. Hay que tener en cuenta que casi el 100% de los documentos que componen el legajo del registro son originados en el exterior y en este caso el Art. 48° del Decreto N° 2992/19 indica que Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autoridades públicas de otro país, los pliegos estándar de bases y condiciones elaborados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) podrán permitir la aceptación de documentos sin legalización del Consulado Paraguayo o apostillado en su caso, con el compromiso por parte del Oferente de su posterior presentación, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores o con el apostillado, de resultar adjudicados. Por lo manifestado, solicitamos a la convocante eliminar el requerimiento de presentar registro sanitario con la oferta, o en su defecto, permitir la participación con el documento de mesa de entrada del pedido de registro sanitario en la DNVS.</p>	14-09-2021	10:19:49
---	------------	----------

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

El planteamiento solicitado significaría que la convocante adjudique un equipo o instrumental sin el registro sanitario, con el pretexto, de que existen los mecanismos para multar por el atraso de la entrega, ante una eventual demora en la obtención del mismo. Es decir, los propios representantes no saben con certeza si podrán obtener o no el Registro Sanitario en el plazo de entrega establecido, por lo que realizar una adjudicación sin este requisito sería una irresponsabilidad para esta Convocante, por lo que deberán ajustarse al requisito del Pliego de Bases y Condiciones.

15-09-2021

15:57:38

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

Punto 7. Presentar Registro Sanitario para todos los ítems. El Art. 20 de la Ley 2051/03 establece que Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley Sabemos que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria está en el lento proceso de implementación del registro sanitario. Existen cientos de expedientes de registro de varios probables oferentes que están paralizados debido a la pandemia y la consecuente carga de trabajo acumulada. Es muy probable que, un oferente puede no tener el registro de un producto en el momento de la presentación de ofertas, pero el registro podría estar listo en el momento de la importación del producto que bien puede ser a 30-90 días luego de la fecha de entrega de ofertas. Consideramos que la convocante está violando el Art. 20 del marco rector al exigir el registro sanitario ya que exigir tal registro corresponde a otras instituciones del estado, en este caso, a la Aduana al momento de la importación de los productos. En todo caso, de no poder importar los productos en el tiempo establecido, la convocante tiene las armas legales para aplicar multas e incluso sancionar al adjudicado y aplicar los mecanismos establecidos en la ley para adjudicar el producto. O la convocante podría solicitar el requisito del registro para la firma del contrato. Hay que tener en cuenta que casi el 100% de los documentos que componen el legajo del registro son originados en el exterior y en este caso el Art. 48° del Decreto N° 2992/19 indica que Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autoridades públicas de otro país, los pliegos estándar de bases y condiciones elaborados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) podrán permitir la aceptación de documentos sin legalización del Consulado Paraguayo o apostillado en su caso, con el compromiso por parte del Oferente de su posterior presentación, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores o con el apostillado, de resultar adjudicados. Por lo manifestado, solicitamos a la convocante eliminar el requerimiento de presentar registro sanitario con la oferta, o en su defecto, permitir la participación con el documento de mesa de entrada del pedido de registro sanitario en la DNVS.

14-09-2021

10:22:09

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

El planteamiento solicitado significaría que la convocante adjudique un equipo o instrumental sin el registro sanitario, con el pretexto, de que existen los mecanismos para multar por el atraso de la entrega, ante una eventual demora en la obtención del mismo. Es decir, los propios representantes no saben con certeza si podrán obtener o no el Registro Sanitario en el plazo de entrega establecido, por lo que realizar una adjudicación sin este requisito sería una irresponsabilidad para esta Convocante, por lo que deberán ajustarse al requisito del Pliego de Bases y Condiciones.

15-09-2021

15:57:53

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: ANILLOS PARA LAPAROTOMÍA DE 3,8 CM de diámetro ANILLOS PARA LAPAROTOMÍA DE 5 CM de diámetro Solicitamos por favor aclarar si se refiere a retractor o separador, especificar nombre o tipo de instrumental con longitudes correspondientes.

14-09-2021

10:43:27

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Se refiere a separador, tal como se menciona en la Especificaciones Técnicas.

15-09-2021

15:59:13

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

Listado de Consultas

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PINZAS FOERSTER RECTA SERRADA DE 35,7 CM Solicitamos amablemente a la convocante considerar que que 35,7 cm es una longitud extensa para una caja abdominal tratándose de un hospital pediátrico. Las pinzas foerster son de 18 a 24,5 cm o con máximo de 32 cm.	14-09-2021	10:43:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 04.	15-09-2021	15:59:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: VASOS PARA SOLUCIONES DE 34 CM X 12 CM, como mínimo. Solicitamos por favor ampliar rango de tolerancia en litros de 2 a 2,5 litros ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	14-09-2021	10:44:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.	15-09-2021	16:00:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: VASOS PARA SOLUCIONES DE 34 CM X 12 CM, como mínimo. Solicitamos por favor ampliar rango de tolerancia en litros de 2 a 2,5 litros ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	14-09-2021	10:46:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.	15-09-2021	16:00:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: SEPARADORES MALEABLES RIBBON, 76MM X 330MM Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia en el ancho de (+/-30mm) y poder cotizar separador maleable de ribbon 50x330mm, ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	14-09-2021	10:47:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.	15-09-2021	16:01:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: CADRES DE ESTERILIZACIÓN, BUNT, 12CM Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 3 cm) ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	14-09-2021	10:47:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.	15-09-2021	16:01:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: CADRES DE ESTERILIZACIÓN, BUNT, 12CM Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 3 cm) ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	14-09-2021	10:48:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.	15-09-2021	16:01:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: MICRO PORTA AGUJAS, RECTO, CON SEGURO, AMNGO PLANO, 16CM, RECUBIERTO Solicitamos por favor poder cotizar porta aguja de titanio mango redondo con seguro de 18.5 cm, para mayor participación de los oferentes.	14-09-2021	10:48:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.	15-09-2021	16:02:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: PINZA CLAMP CASTAÑEDA, ANGULADO DE 50°, 13CM. PESO: HASTA 12 GRAMOS (TITANIO) Solicitamos por favor poder cotizar clamp vascular de bakey de titanio, longitud de 11 cm y 45° y ampliar rango de tolerancia de (+/-2 cm) para mayor participación de los oferentes.	14-09-2021	10:48:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.	15-09-2021	16:03:04
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: PINZA CLAMP CASTAÑEDA, CURVO, 12CM. PESO: HASTA 12 GRAMOS (TITANIO) Solicitamos por favor poder cotizar clamp vascular de bakey curva de titanio, longitud de 10,5 cm, ampliar rango de tolerancia de (+/-2 cm) para mayor participación de los oferentes.		14-09-2021	10:49:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		15-09-2021	16:03:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 4 Electrobiturí En la última versión del pliego (la número 4) se eliminó una característica técnica muy importante, la Función para bebés. Considerando que este equipo es para utilizarse en un Hospital especializado en Niños, no tiene justificativo la eliminación de esta función. Se corre el riesgo de adquirir equipos que no contemplan su uso en pacientes pediátricos. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la convocante incorporar nuevamente esta función en las especificaciones técnicas: Función para bebés		14-09-2021	11:31:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		15-09-2021	16:03:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 4 Electrobiturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 400 W (o mayor). En todos los equipos el corte mezcla es de potencia inferior al corte puro. En el presente pliego es lo contrario, es decir el corte mezcla es de potencia superior al corte puro. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 250 W (o mayor).		14-09-2021	11:36:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 04.		15-09-2021	16:04:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 4 Electrobiturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: Corte bipolar puro, ajustable de 1 a 150 W (o mayor). Solicitamos una mínima reducción de 30 W en este punto, reducción que en absoluto va a disminuir la prestación del equipo, puesto que por lo general en los procedimientos quirúrgicos no se supera los 100 W de potencia de salida para este tipo de corte. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: Corte bipolar puro, ajustable de 1 a 120 W (o mayor).		14-09-2021	11:38:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		15-09-2021	16:04:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 4 Electrobiturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: Corte bipolar mezclado, ajustable de 1 a 150 W (o mayor). Generalmente los equipos con corte bipolar mezclado son de potencia inferior al corte bipolar puro. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: Corte bipolar mezclado, ajustable de 1 a 100 W (o mayor).		14-09-2021	11:39:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		15-09-2021	16:04:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 4 Electrobiturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 400 W (o mayor). En consultas anteriores, hemos solicitado permitir la cotización de: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 250 W (o mayor). En dichas ocasiones, hemos recibido la negativa por parte de la Convocante, pero sin recibir un justificativo técnico que respalde dicha negativa. Por lo expuesto, de manera respetuosa solicitamos nuevamente permitir la cotización de: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 250 W (o mayor).		14-09-2021	11:46:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La justificación técnica es que solicita un equipo con mayores prestaciones, y con su consulta, pretende que aceptemos equipos de menor prestación. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		15-09-2021	16:05:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Características del Sistema. Solicitan lo siguiente: Presión de oclusión de 6 niveles o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante amplíen este requerimiento de la siguiente manera: Presión de oclusión de la menos 15 niveles. A modo de poder contar con equipos más completos.		14-09-2021	11:51:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		15-09-2021	16:06:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Características Generales. Presión de oclusión de 6 niveles o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante amplíen este requerimiento de la siguiente manera: Presión de oclusión de al menos 15 niveles. A modo de poder contar con equipos más completos.	14-09-2021	11:55:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.	15-09-2021	16:06:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La característica incentivo para pacientes pediátricos no es una característica única que ofrece el software para PC WinspiroPRO solo disponible para los espirometros y oxímetros de la marca MIR? Es una característica técnica indispensable para participar?	14-09-2021	12:05:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 04.	15-09-2021	16:07:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Alarmas. Solicitan lo siguiente. Sonido de alarma Audible. Solicitamos amablemente a la convocante pueda modificar este requerimiento de la siguiente manera: Sonido de alarma audiovisual, esto a modo de contar con equipos más completos.	14-09-2021	12:06:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	15-09-2021	16:08:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6. Espirometro En una parte de las especificaciones técnicas dice: Espirómetro diagnóstico con oximetría (opcional) Respetuosamente solicitamos a la convocante aclarar el alcance del término Opcional En el caso de que una empresa no cotice con oximetría ¿será aceptada como válida su oferta?	14-09-2021	12:07:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, será válida su oferta.	15-09-2021	16:13:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Necesitamos que amplíen las certificaciones requeridas para este punto, a la vez de aceptar NORMAS emitidas para el mercado común del sur. (como lo hacen con normas para el mercado europeo y normas para el mercado de USA) Respetamos los criterios establecidos, pero para aquellos equipos que cuentan con CE, CON NORMA ISO:13485, CON NORMAS DE SEGURIDAD DEL MERCOSUR, CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR EL ORGANISMOS REGULADOR EN PARAGUAY y aun así, verse imposibilitado de participar por no contar con FDA consideramos que es una restricción importante a potenciales oferentes.	14-09-2021	12:15:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que y/o se refiere a las dos o una de ellas, por lo que si el equipo tiene CE, no es necesario que tenga FDA.	15-09-2021	16:18:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Volvemos a consultar este punto debido a la peligrosidad para el paciente de contar con un desfibrilador bifásico que tenga descarga de 360 J como máximo	14-09-2021	12:26:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	15-09-2021	16:18:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Volvemos a consultar este punto debido a la peligrosidad para el paciente de contar con un desfibrilador bifásico que tenga descarga de 360 J como máximo. En las especificaciones técnicas solicitadas requieren que el desfibrilador cuente Forma de onda exponencial truncada bifásica para la terapia de desfibrilación y además solicitan límite superior: 360 J. Esta carga es un contrasentido en referencia al tecnología bifásica, ya que sería una carga excesiva para el corazón 360 J en dos direcciones. Por lo tanto se solicita que sea modificado a Límite superior: 200 J.	14-09-2021	12:27:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	15-09-2021	16:19:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De acuerdo a la Adenda 03 la variación permitida es de 1 + cm, por lo que de manera a dar participación a un mayor número de oferentes insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes.	14-09-2021	12:27:53

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	15-09-2021	16:19:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Insistimos con nuestra consulta de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes, que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 3 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes así como lo establece en su Art.4 Principios Generales en su Inciso b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Por lo Expresado solicitamos que se modifique las medidas.	14-09-2021	12:32:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	15-09-2021	16:19:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Insistimos con nuestra consulta de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y atenta con el Art 4 de la Ley de Contrataciones en su Inciso b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. por lo expresado solicitamos reaalizar las modificaciones pertinentes.	14-09-2021	12:35:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	15-09-2021	16:19:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Insistimos con nuestra consulta para dar oportunidad a un mayor número de oferentes que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Para este ítem destacamos que han incluido medidas que no existen en la práctica, con números decimales, o pertenecen a una sola marca del mercado. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes. Este punto modificado en al Adenda 02 otorgó posibilidad de variación de 1 + cm, y al mantenerse los decimales en algunos ítems, esta variación no es suficiente	14-09-2021	12:36:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	15-09-2021	16:19:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Insistimos con nuestra consulta para dar oportunidad a un mayor número de oferentes que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes. Este punto modificado en al Adenda 02 otorgó posibilidad de variación de algunos instrumentales en 0,5 mm por lo que esta variación no es suficiente para tener igualdad de participación para todos los posibles oferentes	14-09-2021	12:37:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	15-09-2021	16:20:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan lo siguiente: Pantalla LCD de al menos 5,7 pulgadas. Solicitamos amablemente modificar dicho requerimiento por lo siguiente: Pantalla mínima 7 pulgadas. CO2 Rango: 0,5 a 99 mmHg o mejor rango. Solicitamos modificar por Rango de 0 a 150mmHg. A fin de contar con mejores equipos.	14-09-2021	13:00:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	15-09-2021	16:20:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Selección de volumen 0,1ml a 1000ml o mejor, con incrementos de 0,1ml a 1ml o mejor. Se pide a la convocante poder modificar este punto a un incremento mejor que el solicitado. Para el caso de bombas a jeringa, la resolución máxima admisible de un incremento sería a partir de 0,1ml. El hecho de solicitar incrementos de 1ml permite que la bomba de infusión no tenga precisión al momento de infundir la droga por medio de la jeringa, por tanto, se sugiere a la convocante colocar este punto como sigue: Selección de volumen 0,1ml a 1000ml o mejor, con incrementos de 0,1ml o mejor.	18-09-2021	15:39:20
--	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:30:33

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Administración de bolo: Volumen mínimo de bolo de 25ml o mejor, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen dosis, bolo por tiempo. Se pide a la convocante que puedan participar ofertas con diferente administración de bolo que las solicitadas, ya que bolo a demanda así como bolo por tiempo es una característica de una sola marca del mercado y se entendería que se está direccionando el llamado. Se pide que puedan modificar el punto a lo siguiente, para que más marcas puedan competir: Administración de bolo: volumen de bolo al menos de 25ml o mejor, bolo por volumen, bolo por flujo, o mejores opciones	18-09-2021	15:40:56

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:33:08

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Presión de oclusión de 6 niveles o mayor. Se pide a la convocante permitir la participación de bombas a jeringa con 3 niveles de oclusión y no limitar la participación, ya que por normativa se requiere como mínimo 3 niveles, es decir, no es necesario establecer un parámetro tan grande como de 9 niveles ante una presión de oclusión; en todo caso, se pide modificar este punto a: Presión de oclusión de 3 niveles o mayor.	18-09-2021	15:42:39

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:33:31

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Jeringa casi vacía y vacía. Se pide a la convocante permitir la participación de bombas a jeringa que tengan otro tipo de descripción de alarma del caso de la jeringa casi vacía y vacía, ya que la descripción solicitada por la convocante solamente limita la participación de más oferentes. Se pide modificar este punto a: Pre alarma de fin de infusión, puesto a que solicitar jeringa vacía sería lo mismo que indicar fin de infusión como se pide en el siguiente punto.	18-09-2021	15:43:57

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:33:52

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
TAPA DE ALUMINIO DE 2MM QUE POSEA FILTRO PERMANENTE VALIDADO PARA 5000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN. ¿Se podría cotizar cada caja con filtros de papel de un sólo uso, cantidad suficiente que cubra los ciclos de esterilización requerida (1000 o 5000), según el ítem?	20-09-2021	13:17:59

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:37:09

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante aclarar el criterio técnico, médico y/o científico en el cual se basa para no permitir cotizar instrumentos con una variación mínima de +/-2cm en las medidas, teniendo en cuenta que esto no afecta al uso ni mucho menos a la efectividad de los instrumentos solicitados, si no por el contrario, alentaría la libre competencia y dotaría a la Convocante de ofertas de otras marcas de renombre mundial, para comparar los precios y las especificaciones. Es más, la misma Convocante, en su Dictamen N° 11/2021, al realizar el análisis para la estimación de costos reconoce, entre otras cosas que las cajas de instrumentos no son genéricas, sino contienen instrumentales distintos, con medidas distintas...	20-09-2021	13:21:39

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo indicado en el Dictamen se refiere a que no todas las cajas de cirugía tienen los mismos componentes, en referencia a que cada una de ellas se establece en base a las características de cada cirugía, y al tipo de pacientes de cada Hospital. No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:41:01

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos a la convocante aclarar el criterio técnico, médico y/o científico en el cual se basa para no permitir cotizar instrumentos con una variación mínima de +/-2cm en las medidas, teniendo en cuenta que esto no afecta al uso ni mucho menos a la efectividad de los instrumentos solicitados, si no por el contrario, alentaría la libre competencia y dotaría a la Convocante de ofertas de otras marcas de renombre mundial, para comparar los precios y las especificaciones. Es más, la misma Convocante, en su Dictamen N° 11/2021, al realizar el análisis para la estimación de costos reconoce, entre otras cosas que las cajas de instrumentos no son genéricas, sino contienen instrumentales distintos, con medidas distintas...	20-09-2021	13:21:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo indicado en el Dictamen se refiere a que no todas las cajas de cirugía tienen los mismos componentes, en referencia a que cada una de ellas se establece en base a las características de cada cirugía, y al tipo de pacientes de cada Hospital. No se realizarán más modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:41:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante aclarar el criterio técnico, médico y/o científico en el cual se basa para no permitir cotizar instrumentos con una variación mínima de +/-2cm en las medidas, teniendo en cuenta que esto no afecta al uso ni mucho menos a la efectividad de los instrumentos solicitados, si no por el contrario, alentaría la libre competencia y dotaría a la Convocante de ofertas de otras marcas de renombre mundial, para comparar los precios y las especificaciones. Es más, la misma Convocante, en su Dictamen N° 11/2021, al realizar el análisis para la estimación de costos reconoce, entre otras cosas que las cajas de instrumentos no son genéricas, sino contienen instrumentales distintos, con medidas distintas...	20-09-2021	13:22:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo indicado en el Dictamen se refiere a que no todas las cajas de cirugía tienen los mismos componentes, en referencia a que cada una de ellas se establece en base a las características de cada cirugía, y al tipo de pacientes de cada Hospital. No se realizarán más modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:42:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 2 solicitan: Compatible con tamaños de jeringa desde 5mL. a 60mL. Sugerimos a la convocante modificar a Compatible con tamaños de jeringa desde 2ml a 60ml tal como lo requirieron en la primera versión del PBC. Al tratarse de equipos que operarán en un Hospital pediátrico es importante que los mismos funcionen con jeringas pequeñas que minimicen errores de infusión para varios medicamentos que se suministran en dosis muy pequeñas. Por otro lado, el Hospital Acosta Ñu cuenta actualmente con equipos de altas prestaciones y una precisión tal que operan con jeringas muy pequeñas; con las especificaciones actuales se degradan las características de los equipos con respecto a los ya adquiridos en procesos licitatorios anteriores.	20-09-2021	18:15:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizarán más modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:42:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 2 solicitan: Rango de flujo de 0,01mL/h a 1000mL/h, con incrementos de 0,1mL/h. Solicitamos a la convocante modificar a Rango de flujo de 0,1 ml/h a 999,9 ml/h con incrementos de 0,01 a 0,1 ml/h. Considerando que en términos de flujo, disminuir el límite superior en 0,1 ml no afectará las prestaciones de las bombas de infusión a jeringa; por otro lado, es importante tener en cuenta que dichos equipos se utilizan en servicios como anestesia, neonatología donde la precisión de la infusión es de vital importancia por lo que se recomienda una resolución mínima de 0,01 ml/h.	20-09-2021	18:16:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizarán más modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:43:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: CADRES DE ESTERILIZACIÓN, BUNT, 12CM Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 3 cm) ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	20-09-2021	18:17:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizarán más modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:43:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: MICRO PORTA AGUJAS, RECTO, CON SEGURO, AMNGO PLANO, 16CM, RECUBIERTO Solicitamos por favor poder cotizar porta aguja de titanio mango redondo con seguro de 18.5 cm, para mayor participación de los oferentes.	20-09-2021	18:17:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizarán más modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:44:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: PINZA CLAMP CASTAÑEDA, ANGULADO DE 50°, 13CM. PESO: HASTA 12 GRAMOS (TITANIO) Solicitamos por favor poder cotizar clamp vascular de bakey de titanio, longitud de 11 cm y 45° y ampliar rango de tolerancia de (+/-2 cm) para mayor participación de los oferentes.	20-09-2021	18:18:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:44:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: PINZA CLAMP CASTAÑEDA, CURVO, 12CM. PESO: HASTA 12 GRAMOS (TITANIO) Solicitamos por favor poder cotizar clamp vascular de bakey curva de titanio, longitud de 10,5 cm, ampliar rango de tolerancia de (+/-2 cm) para mayor participación de los oferentes.	20-09-2021	18:18:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:44:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Observamos que en las especificaciones técnicas solicitadas y en las respuestas a las consultas realizadas, requieren que el desfibrilador cuente Forma de onda exponencial truncada bifásica para la terapia de desfibrilación y además solicitan límite superior: 360 J. Solicitamos respetuosamente que este punto sea cambiado a límite superior: 200 J, que es más que suficiente para aplicar en el tipo de onda bifásica	20-09-2021	22:56:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:46:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente se puedan cotizar instrumentales con una variación de + 2 cm, este pedido obedece a que cada marca cuenta con medidas propias para diferenciarse de la competencia, al restringir esta variación dejarían fuera de competencia a prestigiosas marcas europeas que cuentan con las certificaciones solicitadas por no cumplir 100% con las medidas solicitadas. No estamos solicitando cambiar el instrumental sino permitir esta apertura.	20-09-2021	22:56:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:46:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente se puedan cotizar instrumentales con una variación de + 3 cm, este pedido obedece a que cada marca cuenta con medidas propias para diferenciarse de la competencia, al restringir esta variación dejarían fuera de competencia a prestigiosas marcas europeas que cuentan con las certificaciones solicitadas por no cumplir 100% con las medidas solicitadas. No estamos solicitando cambiar el instrumental sino permitir esta apertura.	20-09-2021	22:57:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:47:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente se puedan cotizar instrumentales con una variación de + 2 cm, este pedido obedece a que cada marca cuenta con medidas propias para diferenciarse de la competencia, al restringir esta variación dejarían fuera de competencia a prestigiosas marcas europeas que cuentan con las certificaciones solicitadas por no cumplir 100% con las medidas solicitadas. No estamos solicitando cambiar el instrumental sino permitir esta apertura	20-09-2021	22:57:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:47:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente se puedan cotizar instrumentales con una variación de + 2 cm, este pedido obedece a que cada marca cuenta con medidas propias para diferenciarse de la competencia, al restringir esta variación dejarían fuera de competencia a prestigiosas marcas europeas que cuentan con las certificaciones solicitadas por no cumplir 100% con las medidas solicitadas. No estamos solicitando cambiar el instrumental sino permitir esta apertura	20-09-2021	22:58:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:47:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos respetuosamente se puedan cotizar instrumentales con una variación de + 2 cm, este pedido obedece a que cada marca cuenta con medidas propias para diferenciarse de la competencia, al restringir esta variación dejarían fuera de competencia a prestigiosas marcas europeas que cuentan con las certificaciones solicitadas por no cumplir 100% con las medidas solicitadas. No estamos solicitando cambiar el instrumental sino permitir esta apertura.	20-09-2021	22:59:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:47:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente se puedan cotizar instrumentales con una variación de + 2 cm, este pedido obedece a que cada marca cuenta con medidas propias para diferenciarse de la competencia, al restringir esta variación dejarían fuera de competencia a prestigiosas marcas europeas que cuentan con las certificaciones solicitadas por no cumplir 100% con las medidas solicitadas. No estamos solicitando cambiar el instrumental sino permitir esta apertura	20-09-2021	23:02:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:48:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el item 02. Donde la convocante solicita "Peso 2Kg o menor". Solicitamos nuevamente aceptar equipos con peso equipo 3Kg o menor, de esta manera ampliar la posibilidad de que mayor cantidad de oferentes que participen del llamado, si bien se justifica que por un mismo soporte se instalan varias unidades, no suelen ser mas de 4, y se deben instalar por soportes que son adecuados para estos tipos de dispositivo y no así por lo conocidos V pole o portasueros. Por lo tanto sugerimos amablemente a la convocante aceptar este requerimiento considerando que no muchas marcas cumplen con este punto de las especificaciones, de esta manera se evita la suposición o interpretación de direccionamiento hacia una marca específica.	21-09-2021	08:30:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	21-09-2021	12:48:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Límite superior: 360 joules. Solicitamos permitan cotizar equipos con Límite superior: 200 joules como mínimo, considerando que están solicitando un equipo con tecnología del tipo bifásico, que por seguridad no permite llegar a niveles mayores de 200Joules. Solicitamos no direccionar las especificaciones a equipos con tecnologías pasadas que aún permiten o cuentan con este tipo de limites. En caso contrario, nos resta más que hacer uso de la protesta. Muchas gracias.	21-09-2021	08:46:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si bien la desfibrilación bifásica suele iniciarse con no mas de 200 Joules, en los casos en que sea necesaria una tercera desfibrilación, la misma debe realizarse teniendo en cuenta la relación peso del paciente/Joules, por lo que solicitar un equipo con un nivel superior de 200 Joules, limitaría el uso del equipo. Existen en el mercado varios equipos bifásicos con nivel superior de 360 Joules, por lo que de ninguna forma podría existir un direccionamiento a una marca específica. No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	22-09-2021	09:39:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Registro Sanitario Vigente, solicitamos respetuosamente para dar una mayor participación, que puedan hacer lugar a Registro Sanitario en Trámite, ya que no deja de ser cierto que varios pedidos de registros en DINAVISA desde el año pasado aún no han sido procesados, este tipo de trámite como mínimo lleva más de 6 meses, y con esta solicitud se está limitando la participación.	21-09-2021	08:48:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.	22-09-2021	09:40:19

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508052015-000	Póliza	La Consolidada	28-09-2021	28-09-2021	05-02-2022

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
PÓLIZA N°: 1508052018 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA S. A. DE SEGUROS	28-09-2021	28-09-2021	25-02-2022
Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508001802	Póliza	Regional Seguros	24-09-2021	28-09-2021	25-02-2022
Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
1508007130	Póliza	Patria S.A de Seguros y Reaseguros	28-09-2021	29-09-2021	26-02-2022
Oferente: CHACO INTERNACIONAL SA - RUC: 80026564-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508011740	Póliza	Aseguradora del Este S.A.	28-09-2021	28-09-2021	05-02-2022
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6
1508007134	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	28-09-2021	28-09-2021	05-02-2022
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7
1508005849	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	28-09-2021	28-09-2021	24-02-2022
Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1			Categoría: Pequeña		Nro. Oferente: 8
1508004719	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	24-09-2021	29-09-2021	26-02-2022
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 9
1508052019-END.:000	Póliza	La Consolidada S.A De Seguros	28-09-2021	28-09-2021	06-05-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	42182005-004	Oftalmoscopio indirecto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	HEINE	HEINE OPTOTECHNIK GmbH & Co. KG.,	OMEGA 500	Alemania	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas	40.000.000	40.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	42222003-001	Bomba de infusión para hidratación parenteral					80
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO CORPORATIO	TE-SS835	CHILE/JAPON/ ARGENTINA/ CHINA	Bomba de infusión para hidratación parenteral	20.000.000	1.600.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B. BRAUN	B. BRAUN MENSULGEN AG	N/A	ALEMANIA		13.754.000	1.100.320.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	Ari Medical	Ari Medical	ASP-1800	China	Bomba de infusión para hidratación parenteral	7.950.000	636.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	Mindray	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO.,LTD	BeneFusion SP3	China	Bomba de Infusión para Hidratacion Parenteral.	20.000.000	1.600.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
3	42294944-998	Torre para Neuroendoscopia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG.	Image1 S	Alemania	Torre para neuroendoscopia	550.000.000	550.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
4	42291613-003	Electrobisturi					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	KLS MARTIN	Gebrüder Martin GMBH & Co. KG	Maxium	Alemania	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas	420.000.000	1.260.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
5	42172101-003	Cardiodesfibrilador					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Instramed	Industria Médico Hospitalar Ltda.	Cardiomax	Brasil	Cardiodesfibrilador	125.000.000	250.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	Philips	Philips Medical Systems	Efficia DFM100	Alemania	Cardiodesfibrilador	162.000.000	324.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	Mindray	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO.,LTD	Beneheart D3	China	Cardiodesfibrilador	130.000.000	260.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
6	42271602-001	Espirometro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	MIR	MIR S.R.L.	SPIROLAB	Italia	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas	90.000.000	90.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIRE MEDICAL GMBH	VYAIRE MEDICAL GMBH	Vyntus Spiro	Alemania	Espirometro con conexión USB directa al PC	130.000.000	130.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
7	42201711-001	Transductor para ecografo Sonosite					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMESE S.A. - 80016426-1	Sonosite	Sonosite	rC60	U.S.A	Transductor para ecografo Sonosite	45.000.000	45.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
8	42181515-004	Caja de Instrumental para Neurocirugia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CATERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Nopa	Nopa	No aplica	Alemania	Caja de Instrumental para Neurocirugia	44.842.102	44.842.102
ALBATROS SACI - 80002766-3	Medicon / Bob	Medicon eG. / Bob Instruments GmbH	No Aplica	Alemania	Caja de instrumental para Neurocirugia	38.000.000	38.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	AS Medizintechnik	AS Medizintechnik GmbH	N/A	Alemania	Caja de Instrumental para Neurocirugia	95.000.000	95.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	AESULAP	AESULAP AG	N/A	ALEMANIA		46.791.760	46.791.760

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
9	42181515-004	Caja de Cirugia para Hernias (Neonato)					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CATERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Nopa	Nopa	No aplica	Alemania	Caja de Cirugia para Hernias (Neonato)	34.283.090	102.849.270
ALBATROS SACI - 80002766-3	Medicon / Bob	Medicon eG. / Bob Instruments GmbH	No Aplica	Alemania	Caja de cirugia para Hernias (Neonato)	29.000.000	87.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	AS Medizintechnik	AS Medizintechnik GmbH	N/A	Alemania	Caja de Cirugia para Hernias (Neonato)	35.500.000	106.500.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	AESULAP	AESULAP AG	N/A	ALEMANIA		35.773.660	107.320.980

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
10	42181515-004	Caja de Instrumental para Hernias (Pediátrico)					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CATERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Nopa	Nopa	No aplica	Alemania	Caja de Instrumental para Hernias (Pediátrico)	37.592.445	112.777.335
ALBATROS SACI - 80002766-3	Medicon / Bob	Medicon eG. / Bob Instruments GmbH	No Aplica	Alemania	Caja de cirugia para Hernias (Pediátrico)	32.000.000	96.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	AS Medizintechnik	AS Medizintechnik GmbH	N/A	Alemania	Caja de Cirugia para Hernias (Pediátrico)	38.900.000	116.700.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	AESULAP	AESULAP AG	N/A	ALEMANIA		39.226.900	117.680.700

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
11	42181515-004	Caja de Instrumental para Apendicetomía (Joven/Adulto)					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CATERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Nopa	Nopa	No aplica	Alemania	Caja de Instrumental para Apendicetomía (Joven/Adulto)	43.632.457	130.897.371
ALBATROS SACI - 80002766-3	Medicon / Bob	Medicon eG. / Bob Instruments GmbH	No Aplica	Alemania	Caja de instrumental para Apendicetomía (Joven/Adulto)	37.500.000	112.500.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	AESULAP	AESULAP AG	N/A	ALEMANIA		45.529.520	136.588.560

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	AS Medizintechnik	AS Medizintechnik GmbH	N/A	Alemania	Caja de Instrumental para Apendicetomía (Joven/Adulto)	45.150.000	135.450.000
-----------------------------------	-------------------	------------------------	-----	----------	--	------------	-------------

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
12	42181515-004	Caja de Instrumental para Apendicetomía (Escolar)		3

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CATERERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Nopa	Nopa	No aplica	Alemania	Caja de Instrumental para Apendicetomía (Escolar)	65.863.030	197.589.090
ALBATROS SACI - 80002766-3	Medicon / Bob	Medicon eG. / Bob Instruments GmbH	No Aplica	Alemania	Caja de instrumental para Apendicetomía (Escolar)	57.000.000	171.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	AESULAP	AESULAP AG	N/A	ALEMANIA		68.726.640	206.179.920
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	AS Medizintechnik	AS Medizintechnik GmbH	N/A	Alemania	Caja de Instrumental para Apendicetomía (Escolar)	68.200.000	204.600.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
13	42181515-004	Caja de Instrumental para Cirugía Oncológica		2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CATERERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Nopa	Nopa	No aplica	Alemania	Caja de Instrumental para Cirugía Oncológica	84.570.732	169.141.464
ALBATROS SACI - 80002766-3	Medicon / Bob	Medicon eG. / Bob Instruments GmbH	No Aplica	Alemania	Caja de instrumental para Cirugía Oncológica	73.000.000	146.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	AESULAP	AESULAP AG	N/A	ALEMANIA		88.247.720	176.495.440
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	AS Medizintechnik	AS Medizintechnik GmbH	N/A	Alemania	Caja de Instrumental para Cirugía Oncológica	87.600.000	175.200.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
14	42181515-004	Caja de Instrumental para Cirugía de Abdomen		2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CATERERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Nopa	Nopa	No aplica	Alemania	Caja de Instrumental para Cirugía de Abdomen	57.338.597	114.677.194
ALBATROS SACI - 80002766-3	Medicon / Bob	Medicon eG. / Bob Instruments GmbH	No Aplica	Alemania	Caja de instrumental para Cirugía de Abdomen	49.500.000	99.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	AESULAP	AESULAP AG	N/A	ALEMANIA		59.831.580	119.663.160
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	AS Medizintechnik	AS Medizintechnik GmbH	N/A	Alemania	Caja de Instrumental para Cirugía de Abdomen	59.831.000	119.662.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
15	42171910-9998	Caja de Instrumental para Cirugía General		2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CATERERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Nopa	Nopa	No aplica	Alemania	Caja de Instrumental para Cirugía General	311.097.462	622.194.924
ALBATROS SACI - 80002766-3	Medicon / Bob	Medicon eG. / Bob Instruments GmbH	No Aplica	Alemania	Caja de instrumental para Cirugía General	245.000.000	490.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	AS Medizintechnik	AS Medizintechnik GmbH	N/A	Alemania	Caja de Instrumental para Cirugía General	322.000.000	644.000.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
16	42181515-004	Caja de Instrumental para Cirugía Cardiaca		1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CATERERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Nopa	Nopa	No aplica	Alemania	Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca	714.097.330	714.097.330
ALBATROS SACI - 80002766-3	Medicon / Bob	Medicon eG. / Bob Instruments GmbH	No Aplica	Alemania	Caja de instrumental para Cirugía Cardíaca	600.000.000	600.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	AS Medizintechnik	AS Medizintechnik GmbH	N/A	Alemania	Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca	739.000.000	739.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Oftalmoscopio indirecto

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	35.000.000	29-09-2021	09:20:30.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b0e8a5ca9eafa2a95a98af2b1f0cc54	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	40.000.000	29-09-2021	09:00:14.922	Propuesta
		Código Verificador:	dcbbb467e1fb80d821962f3dfa668b5c	

2 - Bomba de infusión para hidratación parenteral

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	636.000.000	29-09-2021	09:00:15.716	Propuesta
		Código Verificador:	7fe1a024fd3f31dc7d187acbd43e21c9	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	989.850.666	29-09-2021	09:44:48.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e343e6c2cfcfa5447d954c805a4121b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.000.000.000	29-09-2021	09:32:30.168	Etapas de Puja
		Código Verificador:	28b642aae0a00f4eedc6e3970a144051	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.038.400.000	29-09-2021	09:38:24.191	Etapas de Puja
		Código Verificador:	42dde10b1176e176e1a8c97e522084b0	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.100.320.000	29-09-2021	09:00:15.719	Propuesta
		Código Verificador:	825f054ad23a35b86df204a4beedcf21	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	1.262.720.000	29-09-2021	09:33:14.548	Etapas de Puja
		Código Verificador:	0467b2bc19f8e2fbd6012ec453f3828f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.600.000.000	29-09-2021	09:00:15.718	Propuesta
		Código Verificador:	76126832e7a6a7dd9f9b21e5b4ad5f22	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	1.600.000.000	29-09-2021	09:00:15.720	Propuesta
		Código Verificador:	58ff1b5d96c72db318e1556d84d04809	

3 - Torre para Neuroendoscopia

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	550.000.000	29-09-2021	09:00:15.777	Propuesta
		Código Verificador:	d54b4f38514d8b280c7e60fea0fff87a	

4 - Electrobisturi

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.245.000.000	29-09-2021	10:20:45.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c57bbf10b18d9e1f78e975e3f423140	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.260.000.000	29-09-2021	09:00:15.859	Propuesta
		Código Verificador:	f2ab5f362a89ea65cfefe3f37ca970ac	

5 - Cardiodesfibrilador

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

Listado General de todas las Ofertas

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	209.360.664	29-09-2021	10:42:37.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0fab8b80fa298506440fbf26740fcca	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	209.460.663	29-09-2021	10:42:43.882	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a8b59aacd50a71061526647eb6fea23	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	209.460.664	29-09-2021	10:42:24.915	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b89a73f9e09f9c4eb74507dd4171c25	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	209.460.800	29-09-2021	10:42:27.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccbf7ec1be73fdda7d0d138b0ca5ae08	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	210.460.700	29-09-2021	10:42:01.902	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c715b4308b8b931e974257aa6f6a62f1	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	210.460.800	29-09-2021	10:41:34.666	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2e031b2dce73a896d4a427a3b959043	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	216.900.000	29-09-2021	10:41:29.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ab77416ef3602c2321b5cd79f079150	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	218.750.000	29-09-2021	10:41:07.990	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2fab400a654b73f8ccbc863ecc5c41a7	
ALBATROS SACI - 80002766-3	220.000.000	29-09-2021	10:41:17.730	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f2b05cc455f0fa59fb83f2dd3f0306b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	220.400.000	29-09-2021	10:41:02.660	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	624d0488c7d999165ee4e5ffb000947	
ALBATROS SACI - 80002766-3	221.500.000	29-09-2021	10:40:59.778	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3323b732d2bd151c72060a1fd0cb7e5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	221.950.000	29-09-2021	10:40:44.923	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	213365d3bae1e43a59db8d5a43bd1721	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	223.400.000	29-09-2021	10:40:53.400	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9682e8b8cca86f826c3ef35564e3aab2	
ALBATROS SACI - 80002766-3	223.800.000	29-09-2021	10:40:35.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e44b04ee25d25e2e332b7045262ac2fa	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	223.900.000	29-09-2021	10:40:19.817	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ae7f585170103af49e0723b1a69d59f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	224.400.000	29-09-2021	10:40:41.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec120365cec224dfcde2d42f9fa8460	
ALBATROS SACI - 80002766-3	225.000.000	29-09-2021	10:40:09.506	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5917a31b90ef491dd772301b7ee7a1d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	225.900.000	29-09-2021	10:39:53.909	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc9941f9f72f375916498913495e887e	
ALBATROS SACI - 80002766-3	228.000.000	29-09-2021	10:39:35.970	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2e60b2a7eb07cefc48383da6efc6009	
ALBATROS SACI - 80002766-3	228.500.000	29-09-2021	10:39:26.288	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bce8ba068e7965aec59f2201f3a440ce	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	228.900.000	29-09-2021	10:39:21.619	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9aec16e2361494af60991cca0684427	
ALBATROS SACI - 80002766-3	229.000.000	29-09-2021	10:39:09.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f102e1d12293011f6339a0888645f9ba	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	229.490.000	29-09-2021	10:39:07.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	693ff02384db7bc72274897eb4b91b0b	
ALBATROS SACI - 80002766-3	229.500.000	29-09-2021	10:38:52.844	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f279eba082b32cd3802383978fc4f6c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	229.750.000	29-09-2021	10:38:56.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54e357a7f8280a3f390bf0d1b6dfb680	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	229.800.000	29-09-2021	10:37:54.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2066153adfc17e0c4fd94900ab93438	
ALBATROS SACI - 80002766-3	232.000.000	29-09-2021	10:38:27.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e2d6b4f595ff1dfe72a2d5843789fd2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	235.000.000	29-09-2021	10:37:31.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ad53822d8e7674b2e2f13703a526888	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	249.000.000	29-09-2021	10:30:57.747	Etape de Puja
		Código Verificador:	7d56bef0fdaa20b4159541b9eaa1245a	

Listado General de todas las Ofertas

ALBATROS SACTI - 80002766-3	250.000.000	29-09-2021	09:00:16.231	Propuesta
		Código Verificador:	4bf70f136d2ec3b91fb362fcb6b96499	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	260.000.000	29-09-2021	09:00:16.229	Propuesta
		Código Verificador:	aac185bef1bdf9fcc0ea4835060d2d73	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	324.000.000	29-09-2021	09:00:16.235	Propuesta
		Código Verificador:	28652632c997f2546965274a48555464	

6 - Espirometro

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	87.500.000	29-09-2021	10:54:06.062	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f129edc9255c057469f7725b65b4158f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	87.700.000	29-09-2021	10:53:51.818	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7bab590cc1e7470dfb709359f2e9f21a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	87.800.000	29-09-2021	10:53:40.447	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4b684f9a6f11cb4eeb1db3d0a10c38d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	87.900.000	29-09-2021	10:53:18.535	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5c0b5a93c03b87573f46d0b1497e426	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	88.000.000	29-09-2021	10:52:49.712	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	359a664d1f5cd3832fc11bf41e51c080	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	90.000.000	29-09-2021	09:00:16.366	Propuesta
		Código Verificador:	9f602c0b350d8429758c6312c04dd5bf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	130.000.000	29-09-2021	09:00:16.368	Propuesta
		Código Verificador:	2995c33e0b32e7b8dc011133dca80e69	

7 - Transductor para ecografo Sonosite

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IMESE S.A. - 80016426-1	45.000.000	29-09-2021	09:00:16.409	Propuesta
		Código Verificador:	da75d59c8e538494673f9f552f04194a	

8 - Caja de Instrumental para Neurocirugia

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	26.290.000	29-09-2021	11:25:06.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f1acd3c6940fbd2b1c21c290f8c2bbd	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	26.346.000	29-09-2021	11:25:11.917	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08dcd4cd58e89a5c77783857758627fe	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	26.390.000	29-09-2021	11:24:31.789	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ddc262e883e2bff80f8a0396b581528	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	26.400.000	29-09-2021	11:22:57.794	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8658fa254eed837056ac90cb116d375	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	27.000.000	29-09-2021	11:23:10.330	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37e0da7b8d0b8afe5a7fba142571ed08	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	27.500.000	29-09-2021	11:22:31.097	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d46c7cab2c73affb8f409bf8adc962f5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	27.990.000	29-09-2021	11:22:41.748	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3de2e16f21d8062d03f970a35dcc83ca	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	28.000.000	29-09-2021	11:22:11.455	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cb8b4450fd5f182ad0bec9a39fc2bea	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	28.950.000	29-09-2021	11:22:02.904	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd7e0a9106d4424f5893f75e08c2b0f0	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	29.000.000	29-09-2021	11:21:48.743	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	629a4dbb2094ebf327a4dc82f9ef5916	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	29.900.000	29-09-2021	11:21:40.365	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f27ae40d64083da081f193c7965ad911	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	31.000.000	29-09-2021	11:21:27.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbba107cf6022fd0af315bd3542f3b32	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	31.900.000	29-09-2021	11:21:25.335	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29dd73898530ed70090182a18171390d	

Listado General de todas las Ofertas

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	32.000.000	29-09-2021	11:21:16.836	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	adf535e772907b115d29d53253a33f42	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	33.850.000	29-09-2021	11:20:57.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd64e316077025452a65fa2d029ad9a0	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	34.000.000	29-09-2021	11:21:06.920	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	461bae8dde5917f4571adcb21d17bfe4	
ALBATROS SACI - 80002766-3	34.900.000	29-09-2021	11:21:00.651	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c859e4899472a31feb4d9aff66c9b19c	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	35.000.000	29-09-2021	11:20:38.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5485374878e3fc7f7069f86167d945b7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	35.900.000	29-09-2021	11:20:35.266	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14477e4ab0142faf83fae0a604b87dba	
ALBATROS SACI - 80002766-3	37.500.000	29-09-2021	11:20:08.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	219e549fc5a5665ad1f2a2cd465d67f3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	37.800.000	29-09-2021	11:19:50.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64648c41a7f662505e622c0fa70e148f	
ALBATROS SACI - 80002766-3	38.000.000	29-09-2021	09:00:16.711	Propuesta
		Código Verificador:	4fb3c83887269740a0dea16f9eec671d	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	38.530.000	29-09-2021	11:19:32.842	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26fa022515a04fa535736085c1271fbb	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	44.842.102	29-09-2021	09:00:16.709	Propuesta
		Código Verificador:	fb88f1566097dfd18224841084bb4a7d	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	46.791.760	29-09-2021	09:00:16.712	Propuesta
		Código Verificador:	96f60125061f25955758841752da789e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	95.000.000	29-09-2021	09:00:16.713	Propuesta
		Código Verificador:	5333c944a8656570a2b9b580b16d9849	

9 - Caja de Cirugía para Hernias (Neonato)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	53.220.050	29-09-2021	11:38:22.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38504db3616f9ce01ab054d1ab4675cd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	57.990.000	29-09-2021	11:38:06.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70c8884f0376b711166862cb27a062a2	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	58.999.999	29-09-2021	11:37:57.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd493a6abb65c59f2678ae9f6873f0d6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	59.000.000	29-09-2021	11:37:42.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de16142d765209d4c9d8197be193ed59	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	61.429.319	29-09-2021	11:37:36.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c6572cdaaba92c338c17bfd1b6aba97	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	61.429.320	29-09-2021	11:37:07.513	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9ecd90d5d355c0d3b05c59ece24db51	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	63.749.999	29-09-2021	11:36:53.368	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	545296881bb0708203746bd342c7536f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	63.750.000	29-09-2021	11:36:32.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e86a345d1c366bdb27d03cc1d42f53f6	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	68.999.999	29-09-2021	11:36:19.655	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	779374528b7ea88d20a2c48d2c853eeb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	69.000.000	29-09-2021	11:35:58.653	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b30253c8821a57dd0af1acb8124d27d6	
ALBATROS SACI - 80002766-3	73.980.000	29-09-2021	11:37:08.250	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9ff9b56c35828263906a77563b31725	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	74.797.826	29-09-2021	11:36:31.931	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc6204f4103cc2cb258c1b3b9e02d3b8	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	77.999.999	29-09-2021	11:36:08.528	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a25c0cd4e510263fa41bd2edc383ca90	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	79.999.999	29-09-2021	11:35:55.423	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c00cf71a055e151a32cc85079a2fd804	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	80.999.999	29-09-2021	11:35:40.027	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	3d715b03fb3ed02833bd5fd235273aca	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	81.999.999	29-09-2021	11:35:26.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f270fc99348288425fa45397840b2596	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	82.999.999	29-09-2021	11:35:10.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d56a3f05fb5bafbd294acfb060d3bdca	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	83.999.999	29-09-2021	11:34:53.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a6134b74ab996d1a6c32a0390113715	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	84.999.999	29-09-2021	11:34:31.839	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5ddd12380d0bf4ee106bb8ee9a2e65	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	84.999.999	29-09-2021	11:34:38.181	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74f3e257cc331bbfa402b1a00e2e8c30	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	85.999.999	29-09-2021	11:34:11.336	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d8943f743eede3bb36be337605cd8af	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	86.000.000	29-09-2021	11:33:51.618	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cce49362cf41c6bf17ee5b348ce8ec2	
ALBATROS SACI - 80002766-3	87.000.000	29-09-2021	09:00:17.041	Propuesta
		Código Verificador:	5ab920e356d60f116d14a8397f6010ec	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	102.849.270	29-09-2021	09:00:17.039	Propuesta
		Código Verificador:	239fbd1ac495431730399dc855a9d693	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	106.500.000	29-09-2021	09:00:17.043	Propuesta
		Código Verificador:	d222c8d7b7170f218dce3649e2729cf8	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	107.320.980	29-09-2021	09:00:17.042	Propuesta
		Código Verificador:	fcaab87c8f0d0a9f9411948194d920b6	

10 - Caja de Instrumental para Hernias (Pediátrico)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	56.900.000	29-09-2021	11:54:29.981	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4af149d813077baf56a23f8847646dd5	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	58.749.999	29-09-2021	11:54:26.331	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b968e4d1da5e462b7e46da1bdb4dbe0d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	58.750.000	29-09-2021	11:53:21.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a21761b2b95b9d808a7aff331120564	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	59.800.000	29-09-2021	11:53:00.711	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8a1f40410e4ae41ae13b20796b6234d	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	61.199.999	29-09-2021	11:53:07.134	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d959d9fec1429536f4db69828ce64c6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	61.999.000	29-09-2021	11:52:48.903	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23a0f5313cf345fd0e0a4a82a429b973	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	63.199.999	29-09-2021	11:52:41.965	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38fdd891d5fab8209c87321046d33e28	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	63.900.000	29-09-2021	11:52:29.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c22bc95b0260ff1a18032ab4005adb9f	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	67.199.999	29-09-2021	11:52:30.414	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fef07efdc606a41f6e9adb09cc57f45d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	67.500.000	29-09-2021	11:52:19.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fed47566489a5792bbb5a2da55c41414	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	69.199.999	29-09-2021	11:52:05.054	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc86d87e4e0fbd03849712a9a0933d53	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	69.900.000	29-09-2021	11:52:10.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b28b6ca0e01c309e8d0a5396944179b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	71.250.000	29-09-2021	11:51:43.989	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74a78aee498df2be5cf34e5042bfd123	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	72.199.999	29-09-2021	11:51:54.944	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc23fcdf9da115b783f52253cec79d9d	
ALBATROS SACI - 80002766-3	72.900.000	29-09-2021	11:52:23.430	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b96014ed280979d54a1621698f3ab6e	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	73.200.000	29-09-2021	11:51:40.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a627a8c02750411065be3cb2885f19de	

Listado General de todas las Ofertas

BIOERIX S.A. - 80051821-7	73.899.999	29-09-2021	11:51:39.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	867c47f67ac5d9009b51474d84c5736d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	73.950.000	29-09-2021	11:51:27.291	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	935d469660c702b3777b7eb888a81baa	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	74.899.999	29-09-2021	11:51:25.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	460fc16c77c2ba5456aaf6802c15a640	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	75.500.000	29-09-2021	11:51:11.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1b0c1a7642c175a5026b6df3878ef44	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	76.899.999	29-09-2021	11:51:13.908	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bfbc5133a507d7d4bfa0253ad1967c9b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	77.500.000	29-09-2021	11:50:59.060	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f176ea830c04831d8098275050fc345f	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	78.899.999	29-09-2021	11:50:55.221	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50e51d640d61043955205414ac4c1b2c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	79.900.000	29-09-2021	11:50:41.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63e3480d9bf728ced557e1877625ce56	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	80.899.999	29-09-2021	11:50:38.764	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c34307511c998b74806d8b5f932e5732	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	81.950.000	29-09-2021	11:50:18.651	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	114b61ad7e8d17d77d2f93f49d07609b	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	82.899.999	29-09-2021	11:50:29.156	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	451e8f2ee7d5b07aa00e1cebd7ae7bc6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	83.250.000	29-09-2021	11:50:08.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efd70ac2a92ec3cb0c44855372beb826	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	85.420.000	29-09-2021	11:50:00.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4c891a99474adabc800659cb2bbf9be	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	87.899.999	29-09-2021	11:49:45.660	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd2f0049d64f48422d79e41915b6232a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	88.710.000	29-09-2021	11:49:47.945	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc9e6ab2c7a0392a75476281ed8c44e4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	88.720.000	29-09-2021	11:49:22.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8608aafab443e124e6d764dac31172a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	89.950.000	29-09-2021	11:49:08.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6f1aea5f68ef3b751708d85a824a5cd	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	90.899.999	29-09-2021	11:49:20.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac244bd8563cc92e3c1521a02de3e4c7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	90.900.000	29-09-2021	11:48:57.394	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff88625ac819f4b8487c84dc84e34604	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	91.999.999	29-09-2021	11:49:03.561	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81ed46962228d16ac86c984aa98613d1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	92.000.000	29-09-2021	11:48:46.172	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9cad8647cef2fd8ee01ab6deb3a54311	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	93.999.999	29-09-2021	11:48:37.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6054e887df36b70f60df2660430f56b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	94.000.000	29-09-2021	11:48:29.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5bd07374bb789d095eb9ad3c22ef242f	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	95.999.999	29-09-2021	11:48:20.452	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d1b3ed65f447915b368df789890fb2b	
ALBATROS SACI - 80002766-3	96.000.000	29-09-2021	09:00:17.282	Propuesta
		Código Verificador:	9501f75211b1e0c7d598437044038856	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	112.777.335	29-09-2021	09:00:17.280	Propuesta
		Código Verificador:	1e47901e178cbb32503ba74bc54adf62	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	116.700.000	29-09-2021	09:00:17.285	Propuesta
		Código Verificador:	eed6ea6d2fd76a2e283de13ba8e69d09	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	117.680.700	29-09-2021	09:00:17.284	Propuesta
		Código Verificador:	6ac764ef2a459c11bb25fc05ec0f8f2a	

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	68.900.000	29-09-2021	12:07:35.233	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5732af846da2b67ea365551b5d21a15c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	70.000.000	29-09-2021	12:07:01.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	851bd431f4f142010fe87f1fafbaad13	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	70.285.246	29-09-2021	12:07:20.688	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cda9e36f3097746c6a377d16df55ed01	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	78.999.999	29-09-2021	12:06:37.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	618c4830ae5e8ccf4ad9e300269653cb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	79.000.000	29-09-2021	12:06:02.085	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2536f34a3739fc1e31cddc2949e8a268	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	88.999.999	29-09-2021	12:05:52.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b19101bbc8f45e83c059b5862fdb85e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	89.000.000	29-09-2021	12:05:01.920	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca2b99e6ca565047db3397736ac7f22e	
ALBATROS SACI - 80002766-3	112.500.000	29-09-2021	09:00:17.634	Propuesta
		Código Verificador:	527e01597fae3c82b9cad28228c6d5fb	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	130.897.371	29-09-2021	09:00:17.632	Propuesta
		Código Verificador:	be7087b93226f7af0b040d8e2b760266	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	135.450.000	29-09-2021	09:00:17.638	Propuesta
		Código Verificador:	2b4d2dd8aace24e252501366c05aea69	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	136.588.560	29-09-2021	09:00:17.636	Propuesta
		Código Verificador:	c9f2aaef32c1450ca7d9a365b83ab51	

12 - Caja de Instrumental para Apendicetomía (Escolar)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	66.800.000	29-09-2021	12:26:09.004	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9aa558c64c413f4d9f1d5148b7773dd1	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	70.000.000	29-09-2021	12:25:54.173	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7bd3677c01ee1505164e203b9fec8df	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	70.900.000	29-09-2021	12:25:57.973	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b53306b364db5b592b848af13b1addbd	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	71.000.000	29-09-2021	12:25:43.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4661a703e09282bc16445c4a86085f2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	73.800.000	29-09-2021	12:25:26.550	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03db0f75c752b22a161c6f05b47e8b58	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	77.000.000	29-09-2021	12:25:25.043	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3f634a86617e616b8037cc701273cec	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	78.800.000	29-09-2021	12:25:12.281	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	582235ca5a8aefa286a6c0e4288b2ee	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	79.000.000	29-09-2021	12:25:03.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	622c5565f2bccc4098b80fb5a19e1fbd	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	80.000.000	29-09-2021	12:24:49.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54a12bf180d0c20d941d5d2f68d49368	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	81.290.000	29-09-2021	12:25:02.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44167a4841f87757aa9a5be2576448b6	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	83.450.990	29-09-2021	12:25:09.762	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a522269944df1e865a818f1f2b08894	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	83.500.000	29-09-2021	12:24:33.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de77afb124f9bc486e0e64886fe88b9f	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	85.000.000	29-09-2021	12:24:40.043	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	409967415e1007db5dc1bc85d635b12b	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	86.000.000	29-09-2021	12:24:32.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7418cd95d24ee4301d8cae1002848f7f	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	87.890.990	29-09-2021	12:24:42.835	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7be21c625ac57f15c9039316d89c74b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	87.900.000	29-09-2021	12:24:24.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5506ac6732227ef03000091e355b453	

Listado General de todas las Ofertas

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	88.000.000	29-09-2021	12:24:20.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8c89b6b3a50a5fd91f6c42c5ab4730c	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	88.990.990	29-09-2021	12:24:16.450	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61ba5bc05b729b7752de72b94a36bd3d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	89.000.000	29-09-2021	12:24:02.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	583250fb0608fd8e991aa1119ebc6b8f	
ALBATROS SACI - 80002766-3	91.302.750	29-09-2021	12:24:31.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	302010a9a7dc3850815f2ad801d1217f	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	92.000.000	29-09-2021	12:24:04.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c988f17b2467f4640b6a30c8dc37236	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	93.000.000	29-09-2021	12:23:51.471	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35f7db56c8cac584d7c54b7b435a0040	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	94.000.000	29-09-2021	12:23:41.745	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b784c6a20707c07ee9ef0cf2be7fa37f	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	94.000.000	29-09-2021	12:23:44.789	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f4140ea6399e49f652a2aa21e31d726	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	94.990.990	29-09-2021	12:23:39.303	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ddf78835b2d07ecbd54e12cc92c4fdf	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	95.000.000	29-09-2021	12:23:19.137	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bcc70744ab7158dd0fb76dfd359607f2	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	97.990.990	29-09-2021	12:23:32.765	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8514582e60292aafaf30eaf0c5ec142	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	98.000.000	29-09-2021	12:20:41.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88246aaabe5634d4bef29145f5bd8e7b	
ALBATROS SACI - 80002766-3	171.000.000	29-09-2021	09:00:18.111	Propuesta
		Código Verificador:	54082f3f28e37a6fe928ff54e043857b	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	197.589.090	29-09-2021	09:00:18.109	Propuesta
		Código Verificador:	8337aff0107715189cb8efce3e79a515	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	204.600.000	29-09-2021	09:00:18.114	Propuesta
		Código Verificador:	bf5b09a9ef75600b6d472e95582fa749	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	206.179.920	29-09-2021	09:00:18.112	Propuesta
		Código Verificador:	6839fa5559c41a6a4c4b7fcc635157f7	

13 - Caja de Instrumental para Cirugía Oncológica

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	99.800.000	29-09-2021	12:37:14.246	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf6b10dcdab836437591857230da0686	
ALBATROS SACI - 80002766-3	132.000.000	29-09-2021	12:41:19.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	042f394b7120be4ca1deee2bfd8c9e1d	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	133.000.000	29-09-2021	12:40:53.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de0fd657e00ebc2afc3221a4b845b143	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	134.000.000	29-09-2021	12:40:45.735	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ea599353516be4adc237ca604b1c6a8	
ALBATROS SACI - 80002766-3	136.000.000	29-09-2021	12:40:20.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b232a0a6388881a437f54a0bebd2860	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	137.000.000	29-09-2021	12:40:08.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf29522222a15e9ec6082d3c80ea9cb0	
ALBATROS SACI - 80002766-3	138.000.000	29-09-2021	12:39:34.497	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f997459e9f90a1304ea294f290998c2f	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	139.000.000	29-09-2021	12:39:17.235	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c57f452bf70a20c30a004aad2f093d94	
ALBATROS SACI - 80002766-3	140.000.000	29-09-2021	12:38:31.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	933f1dd8cee69f4b1d8de208fe09e9e2	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	142.301.441	29-09-2021	12:38:27.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	765574b069ace9b0a9e144d29d7554cf	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	145.000.000	29-09-2021	12:38:21.027	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	434706f6b5475a4954db9342762c05c0	
ALBATROS SACI - 80002766-3	146.000.000	29-09-2021	09:00:18.450	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	07f5c0df9b40e643c690004e0f8d3b02
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	169.141.464	29-09-2021	09:00:18.448
		Código Verificador:	8a92492d863fb37e4509b0478ad525b4
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	175.200.000	29-09-2021	09:00:18.454
		Código Verificador:	5b97c6a99e65a78475ab8f37257423b8
BIOERIX S.A. - 80051821-7	176.495.440	29-09-2021	09:00:18.451
		Código Verificador:	b18201f9c3e67e6287788bf481b7be91

14 - Caja de Instrumental para Cirugía de Abdomen

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	71.000.000	29-09-2021	12:56:21.652	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	980e931ebdb8749bd2fc3434d760aac8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	72.990.120	29-09-2021	12:56:09.746	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41aec5af619de743947b0abc2b7c2d8a	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	74.979.999	29-09-2021	12:56:03.889	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4951ddc7028a593e06f0a5199864e1cc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	74.980.000	29-09-2021	12:55:48.993	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb3ca7c6eba8f7de84a4ca7475ab577f	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	77.449.999	29-09-2021	12:55:42.207	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5723dc3d44766d76bc81073f0c5e4bcb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	77.500.000	29-09-2021	12:55:28.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e71078d6e4f6cf96f46c7636c225109c	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	79.971.999	29-09-2021	12:55:18.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab0ef27dc2e938c97e4ae531fda3b7e9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	79.980.000	29-09-2021	12:54:58.678	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f685fdebd71137b4fcc9ed56394a4f4	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	81.989.999	29-09-2021	12:55:03.032	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2af5d5127b8085e4b10f1d5be0faae0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	81.990.000	29-09-2021	12:54:43.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c52c1ecbb2b2c9fa3450ec194ecf897a	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	83.449.999	29-09-2021	12:54:30.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3dc478f325afbe5f53d314305303370a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	83.450.000	29-09-2021	12:54:13.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ad7c8bc1e02993a7ed8367ae77dea8a	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	87.899.999	29-09-2021	12:54:03.416	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff0261006358b936bd03c61c3a993e47	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	87.900.000	29-09-2021	12:53:35.531	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fb29f913bf723351809b47c39897ce6	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	98.999.999	29-09-2021	12:53:30.449	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecef460730d5066aa7c9c13942040981	
ALBATROS SACI - 80002766-3	99.000.000	29-09-2021	09:00:18.719	Propuesta
		Código Verificador:	a2c771986f0826285379cf079762a1a1	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	114.677.194	29-09-2021	09:00:18.717	Propuesta
		Código Verificador:	16d3b3b85d47a41b96a139c6ede67003	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	119.662.000	29-09-2021	09:00:18.721	Propuesta
		Código Verificador:	b68a4659345129899b7f577780325fbd	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	119.663.160	29-09-2021	09:00:18.720	Propuesta
		Código Verificador:	6a76ec3d5f17e63eff18724197db031c	

15 - Caja de Instrumental para Cirugía General

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	200.000.000	29-09-2021	13:09:05.758	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9df4b80ba285d896384c515dc8276628	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	205.000.000	29-09-2021	13:09:02.709	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5dd118558f9b3427d08867d003644115	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	209.000.000	29-09-2021	13:08:57.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3bee570835caa151cc0b8478edd84fb3	

Listado General de todas las Ofertas

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	210.000.000	29-09-2021	13:08:44.468	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76386380660cc3cee2edb2663be5dbdc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	219.000.000	29-09-2021	13:08:39.826	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d4b3da06e4836f7c6cfe1a088f60c0d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	229.000.000	29-09-2021	13:08:31.503	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67147f7211a034dfaa2e23db2b7125b2	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	230.000.000	29-09-2021	13:08:36.387	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	969c53aef770124cbe9907872b403b53	
ALBATROS SACI - 80002766-3	230.000.000	29-09-2021	13:08:43.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c495bd076f702a5117b6a3c106bc99a2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	240.000.000	29-09-2021	13:08:22.736	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef22dd24a7d837012cc03eec664e8422	
ALBATROS SACI - 80002766-3	240.000.000	29-09-2021	13:08:26.200	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39e8d758792820983f15533b4c383088	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	240.000.000	29-09-2021	13:08:30.090	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9196075f8f0cb22943b5151bf6eac32d	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	250.000.000	29-09-2021	13:08:17.544	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	016bb1c72b29c0fdb1359528d616162	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	259.000.000	29-09-2021	13:08:14.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e43166f79e8754946812e3d43615ea0	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	260.000.000	29-09-2021	13:08:06.504	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9ac35fa347926930111b682b349f450	
ALBATROS SACI - 80002766-3	260.000.000	29-09-2021	13:08:10.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0bfbaa384df1a144e48f3b57ae034576	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	265.000.000	29-09-2021	13:08:06.729	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90c633d4754b60d166d2f6b891a2b520	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	270.000.000	29-09-2021	13:07:55.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80eec20ff76a957f39e1909c56d077bf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	279.000.000	29-09-2021	13:07:59.651	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0ee69170a20127f4b4352289a759045	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	280.000.000	29-09-2021	13:07:47.578	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ed0d9de5996ca4a52a03bb720855ef3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	285.000.000	29-09-2021	13:07:49.876	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	250e3106751390716666a91bcb4b9d7e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	299.000.000	29-09-2021	13:07:40.632	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c4507be886eed4d7fbed94fc7f3b428	
ALBATROS SACI - 80002766-3	300.000.000	29-09-2021	13:07:33.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6665f5cab0739d0c823901db322a6079	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	300.000.000	29-09-2021	13:07:36.679	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1f79177b5bbdc9c9ff0b07de137c82a9	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	310.000.000	29-09-2021	13:07:26.247	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ffc39ecd53686486ec576d89ae147e1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	313.000.000	29-09-2021	13:07:31.404	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54aa9bec7d75083a297e5a0d18c0dbb4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	318.000.000	29-09-2021	13:07:24.173	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	880f3bf3f89be05dff3a26f89a3c4d2	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	320.000.000	29-09-2021	13:07:09.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72b3694c92886f2077608bdd84454cb0	
ALBATROS SACI - 80002766-3	320.000.000	29-09-2021	13:07:16.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f9be40f015ac02d52cfb040b4044e85	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	321.000.000	29-09-2021	13:07:15.203	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3576fc773f1a6bb4ac1437ce53f10f5c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	333.000.000	29-09-2021	13:06:56.952	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfe7aa7ec078a5bf8660710cc0b42bf6	
ALBATROS SACI - 80002766-3	350.000.000	29-09-2021	13:06:57.525	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	511a40be9bd89df176ec679a4041d9f8	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	350.000.000	29-09-2021	13:07:02.510	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9694116f4b59fd6a62112ffa043a1c33	

Listado General de todas las Ofertas

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	360.000.000	29-09-2021	13:06:40.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2a1bd6a4d4673d5c6d3c8c7b19885ea	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	365.000.000	29-09-2021	13:06:46.574	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43c73d3106fe95a2023f3371f94bcae3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	377.900.000	29-09-2021	13:06:36.313	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d50ed807e6c88d21632f451e9ecba04	
ALBATROS SACI - 80002766-3	380.000.000	29-09-2021	13:06:29.613	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e8b5eba6c772c273fcccc1599fb6194	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	390.000.000	29-09-2021	13:06:17.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a7763c179a89d3bbd966404abb3130b	
ALBATROS SACI - 80002766-3	410.000.000	29-09-2021	13:06:04.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa1862d04f80f671b4b702b1660d63c3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	420.000.000	29-09-2021	13:05:23.758	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70c6907618e75a3a37207fe7c6ab7d63	
ALBATROS SACI - 80002766-3	490.000.000	29-09-2021	09:00:18.949	Propuesta
		Código Verificador:	3727f24580ef55c0474e37051687d944	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	622.194.924	29-09-2021	09:00:18.944	Propuesta
		Código Verificador:	8c5ffidd0587d3d38287ab9439021419	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	644.000.000	29-09-2021	09:00:18.955	Propuesta
		Código Verificador:	d9a6a29edc0af81502540ec8960c578f	

16 - Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	270.000.069	29-09-2021	13:24:11.417	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca6c27bdf014a87788cca0395cfded07	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	270.000.108	29-09-2021	13:22:40.466	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca17576833cc84bab0749bfa437f6c9e	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	298.000.000	29-09-2021	13:22:28.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6958c958c2e8a50fd9153e957f64709	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	299.000.000	29-09-2021	13:21:37.025	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8835abfd08821e4be13e01ea92b8b69f	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	305.000.000	29-09-2021	13:21:39.221	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecdf591f031392e5a6da4c68f942988	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	310.000.000	29-09-2021	13:21:24.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a5deb0bc7584d020bb089b51fe8f043	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	315.000.000	29-09-2021	13:21:23.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc175f68cf36167a7f9b89138d866872	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	320.000.000	29-09-2021	13:21:18.131	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27513d1571228262a2241b33754a5414	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	329.500.000	29-09-2021	13:21:04.465	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	192bca2ef12b35cfbca1bf8a82283f9c	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	330.000.000	29-09-2021	13:21:10.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe6f499f6c70d86e0e85ddfd2351c75	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	340.000.000	29-09-2021	13:20:59.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef889bb279fb94fc317f4f2fa368aef	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	349.500.000	29-09-2021	13:20:53.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79a71d13bc678ec6479f6af904364b24	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	350.000.000	29-09-2021	13:20:46.006	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30245dcfe164068c82abadea4036fb81	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	375.000.000	29-09-2021	13:20:42.002	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58821ac2e456dd833f378e2620c6c344	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	380.000.000	29-09-2021	13:20:36.873	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cecb6753bf0c5292b1cfa028b1c9cfc4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	390.000.000	29-09-2021	13:20:19.538	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b9cff52d3dceda863118f398417aa5c5	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	430.000.000	29-09-2021	13:20:20.328	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e2d7d284f8afdbfd01af012c70c9f5b	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	440.000.000	29-09-2021	13:20:08.891	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	59a32cd0aa7f34d665fe87d0be887f3c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	448.000.000	29-09-2021	13:20:09.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b194bd016970af594c04265691c7f80	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	450.000.000	29-09-2021	13:19:56.379	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af70e733ed4b4adf4c8839a3a1a18652	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	490.000.000	29-09-2021	13:18:26.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	283be4924cc449abc9d8403c77fd53a3	
ALBATROS SACI - 80002766-3	529.000.000	29-09-2021	13:19:34.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5c1e3de0bbe2f7b6701c23b29687610	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	530.000.000	29-09-2021	13:18:37.213	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5977a0b17e8382ddd341a00d274448	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	550.000.000	29-09-2021	13:18:29.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64c46b5f937c4df8647404e6bf3b5e04	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	560.000.000	29-09-2021	13:18:04.424	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	728b3dc08d9fb9283b1251a6320225c7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	560.000.000	29-09-2021	13:18:14.271	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	676cce43a743b4b19669872804372012	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	590.000.000	29-09-2021	13:17:52.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca2e68cb23f7d718e490c9d2fa366c6d	
ALBATROS SACI - 80002766-3	600.000.000	29-09-2021	09:00:19.202	Propuesta
		Código Verificador:	78326cc030c380368675e41f7f79662a	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	714.097.330	29-09-2021	09:00:19.199	Propuesta
		Código Verificador:	b6e8e92fc57891bfc8eebd9aacb5214e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	739.000.000	29-09-2021	09:00:19.204	Propuesta
		Código Verificador:	bceb56a335570f7d1dbc2a1dcf891224	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Oftalmoscopio indirecto

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	35.000.000

2 - Bomba de infusión para hidratación parenteral

Oferente	Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	636.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	989.850.666
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.038.400.000
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	1.262.720.000

3 - Torre para Neuroendoscopia

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	550.000.000

4 - Electrobisturi

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.245.000.000

5 - Cardiodesfibrilador

Oferente	Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	209.360.664
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	209.460.663
ALBATROS SACI - 80002766-3	220.000.000

6 - Espirometro

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	87.500.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	130.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

7 - Transductor para ecografo Sonosite

Oferente	Mejor Precio
IMESE S.A. - 80016426-1	45.000.000

8 - Caja de Instrumental para Neurocirugia

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	26.290.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	26.346.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	34.900.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	38.530.000

9 - Caja de Cirugia para Hernias (Neonato)

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	53.220.050
BIOERIX S.A. - 80051821-7	58.999.999
ALBATROS SACI - 80002766-3	73.980.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	74.797.826

10 - Caja de Instrumental para Hernias (Pediátrico)

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	56.900.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	58.749.999
ALBATROS SACI - 80002766-3	72.900.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	73.200.000

11 - Caja de Instrumental para Apendicetomía (Joven/Adulto)

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	68.900.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	70.285.246
BIOERIX S.A. - 80051821-7	78.999.999
ALBATROS SACI - 80002766-3	112.500.000

12 - Caja de Instrumental para Apendicetomía (Escolar)

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	66.800.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	70.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	83.450.990
ALBATROS SACI - 80002766-3	91.302.750

13 - Caja de Instrumental para Cirugía Oncológica

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	99.800.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	132.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	133.000.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	142.301.441

14 - Caja de Instrumental para Cirugía de Abdomen

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	71.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	74.979.999
ALBATROS SACI - 80002766-3	99.000.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	114.677.194

15 - Caja de Instrumental para Cirugía General

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	200.000.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	205.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	230.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

16 - Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	270.000.069
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	298.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	529.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002766-3 - ALBATROS SACI

Item	Precio Ganador
3 - Torre para Neuroendoscopia	550.000.000

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - Oftalmoscopio indirecto	35.000.000
4 - Electrobisturi	1.245.000.000
6 - Espirometro	87.500.000

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
8 - Caja de Instrumental para Neurocirugía	26.290.000
9 - Caja de Cirugía para Hernias (Neonato)	53.220.050
10 - Caja de Instrumental para Hernias (Pediátrico)	56.900.000
11 - Caja de Instrumental para Apendicetomía (Joven/Adulto)	68.900.000
12 - Caja de Instrumental para Apendicetomía (Escolar)	66.800.000
13 - Caja de Instrumental para Cirugía Oncológica	99.800.000
14 - Caja de Instrumental para Cirugía de Abdomen	71.000.000
15 - Caja de Instrumental para Cirugía General	200.000.000
16 - Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca	270.000.069

Proveedor: 80016426-1 - IMESE S.A.

Item	Precio Ganador
7 - Transductor para ecografo Sonosite	45.000.000

Proveedor: 80023913-0 - SOLUMEDIC S.A.

Item	Precio Ganador
5 - Cardiodesfibrilador	209.360.664

Proveedor: 80072821-1 - ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
2 - Bomba de infusión para hidratación parenteral	636.000.000

Listado de Mensajes

1 - Oftalmoscopio indirecto

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-09-2021	09:10:20.474
Buenos días, comenzamos la Subasta.	29-09-2021	09:10:41.821
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	29-09-2021	09:12:55.245
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-09-2021	09:13:58.731
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-09-2021	09:14:15.013
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-09-2021	09:20:15.107
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-09-2021	09:23:32.956
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-09-2021	09:23:33.389

Listado de Mensajes

2 - Bomba de infusión para hidratación parenteral

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-09-2021	09:24:24.782
Continuamos con la Subasta.	29-09-2021	09:24:39.447
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	29-09-2021	09:27:02.053
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-09-2021	09:28:16.701
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-09-2021	09:28:37.397
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-09-2021	09:44:24.510
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-09-2021	09:51:25.781
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-09-2021	09:51:27.003

3 - Torre para Neuroendoscopia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-09-2021	09:51:56.850
Continuamos con la Subasta.	29-09-2021	09:52:24.193
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-09-2021	09:52:57.466
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-09-2021	09:53:02.700
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-09-2021	09:59:02.780
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-09-2021	10:06:14.829
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-09-2021	10:06:15.298

4 - Electrobisturi

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-09-2021	10:06:32.847
Continuamos con la Subasta.	29-09-2021	10:06:43.910
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	29-09-2021	10:08:11.215
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-09-2021	10:08:18.328
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-09-2021	10:08:23.618
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-09-2021	10:14:23.678
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-09-2021	10:21:13.864
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-09-2021	10:21:14.938

5 - Cardiodesfibrilador

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-09-2021	10:21:46.108
Continuamos con la Subasta.	29-09-2021	10:22:04.381
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-09-2021	10:24:10.637
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-09-2021	10:25:19.334
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-09-2021	10:30:20.684
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-09-2021	10:30:23.533
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-09-2021	10:36:58.020
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-09-2021	10:42:52.457
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-09-2021	10:42:52.660

6 - Espirometro

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-09-2021	10:43:06.224
Continuamos con la Subasta.	29-09-2021	10:43:12.316
Señores esperamos mejores ofertas.	29-09-2021	10:43:16.163
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-09-2021	10:44:57.052
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-09-2021	10:45:00.360
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-09-2021	10:51:00.377
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-09-2021	10:54:11.765
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-09-2021	10:54:12.026

7 - Transductor para ecografo Sonosite

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-09-2021	10:54:25.481
Continuamos con la Subasta.	29-09-2021	10:54:31.654

Listado de Mensajes

Señor/a Oferente, baje su precio	29-09-2021	10:54:37.468
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-09-2021	10:55:15.458
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-09-2021	10:55:17.121
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-09-2021	11:01:17.189
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-09-2021	11:10:06.791
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-09-2021	11:10:07.600

8 - Caja de Instrumental para Neurocirugia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-09-2021	11:10:19.485
Continuamos con la Subasta.	29-09-2021	11:10:26.775
Señores esperamos mejores ofertas.	29-09-2021	11:10:31.207
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-09-2021	11:11:24.348
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-09-2021	11:11:26.518
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-09-2021	11:17:26.713
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-09-2021	11:25:37.047
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-09-2021	11:25:37.659

9 - Caja de Cirugia para Hernias (Neonato)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-09-2021	11:25:53.732
Continuamos con la Subasta.	29-09-2021	11:26:00.232
Señores esperamos mejores ofertas.	29-09-2021	11:26:06.558
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-09-2021	11:27:04.970
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-09-2021	11:27:08.413
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-09-2021	11:33:08.697
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-09-2021	11:40:27.090
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-09-2021	11:40:28.862

10 - Caja de Instrumental para Hernias (Pediátrico)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-09-2021	11:40:37.201
Continuamos con la Subasta.	29-09-2021	11:40:47.686
Señores esperamos mejores ofertas.	29-09-2021	11:40:56.496
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-09-2021	11:41:47.300
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-09-2021	11:41:51.461
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-09-2021	11:47:51.569
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-09-2021	11:55:40.382
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-09-2021	11:55:41.243

11 - Caja de Instrumental para Apendicetomía (Joven/Adulto)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-09-2021	11:56:01.632
Continuamos con la Subasta.	29-09-2021	11:56:10.942
Señores esperamos mejores ofertas.	29-09-2021	11:56:19.713
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-09-2021	11:57:21.971
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-09-2021	11:57:28.951
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-09-2021	12:03:29.091
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-09-2021	12:12:14.623
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-09-2021	12:12:15.325

12 - Caja de Instrumental para Apendicetomía (Escolar)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-09-2021	12:12:23.693
Continuamos con la Subasta.	29-09-2021	12:13:03.003
Señores esperamos mejores ofertas.	29-09-2021	12:13:06.474
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-09-2021	12:14:04.903
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-09-2021	12:14:07.863
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-09-2021	12:20:08.007

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-09-2021	12:28:21.722
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-09-2021	12:28:22.307

13 - Caja de Instrumental para Cirugía Oncológica

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-09-2021	12:28:36.141
Continuamos con la Subasta.	29-09-2021	12:28:42.718
Señores bajen sus precios.	29-09-2021	12:28:46.711
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-09-2021	12:30:40.698
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-09-2021	12:30:43.735
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-09-2021	12:36:44.324
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-09-2021	12:42:09.868
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-09-2021	12:42:10.448

14 - Caja de Instrumental para Cirugía de Abdomen

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-09-2021	12:42:34.928
Continuamos con la Subasta.	29-09-2021	12:42:40.907
Señores esperamos mejores ofertas.	29-09-2021	12:42:45.620
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-09-2021	12:46:38.100
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-09-2021	12:46:39.788
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-09-2021	12:52:39.814
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-09-2021	12:56:43.291
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-09-2021	12:56:43.801

15 - Caja de Instrumental para Cirugía General

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-09-2021	12:57:05.253
Continuamos con la Subasta.	29-09-2021	12:57:11.039
Señores esperamos mejores ofertas.	29-09-2021	12:57:17.065
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-09-2021	12:58:03.454
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-09-2021	12:58:05.824
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-09-2021	13:04:05.854
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-09-2021	13:10:10.316
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-09-2021	13:10:10.575

16 - Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-09-2021	13:10:27.642
Continuamos con la Subasta.	29-09-2021	13:10:33.167
Señores esperamos mejores ofertas.	29-09-2021	13:10:36.890
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-09-2021	13:11:33.440
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-09-2021	13:11:36.165
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-09-2021	13:17:36.270
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-09-2021	13:25:18.533
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-09-2021	13:25:19.053

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.