

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 402630

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:03 del día 17/11/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 402630 -

LPN N° 81/21 ADQUISICIÓN DE ECOCARDIOGRAFOS Y EQUIPOS DE RAYOS X, EN COOP. CON LA RCA. DE CHINA - TAIWÁN PARA EL HOSP. NACIONAL de la Institución:

Código Verificador: 7b9bcab99d64300d8be57742e8d228c3

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Transductor para aplicaciones cardiológicas Phase array neonatal con ancho de banda de 4 a 12 Mhz. Cantidad mínima 01 unidad por equipo. Solicitamos permitir Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array neonatal con ancho de banda de 5 a 12 Mhz. Cantidad mínima 01 unidad por equipo de manera a dar mayor participación a los oferentes		28-10-2021	18:28:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.		09-11-2021	16:49:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde piden Dos puntos focales de 0,6m mm / 1,2 mm solicitamos a la convocante permitir ofertar tubos de rayos x con puntos focales de 0,7 mm y 1,3 mm o menor teniendo en cuenta que este pequeño aumento en el tamaño del punto focal tendrá incidencia muy poco significativa en la calidad de imágenes y con esto se permitirá la participación de una mayor cantidad de oferentes garantizando así la libre competencia, no limitando la participación a ciertas marcas.		01-11-2021	09:06:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	16:50:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde solicitan tiempo máximo de exposición de 3,5 seg. Solicitamos a la convocante eliminar el requerimiento de tiempo máximo de exposición considerando que equipos móviles o portátiles carecen de indicadores de tiempo de disparo y que el mismo es una consecuencia del valor de mAs elegido y la corriente máxima que dependerá de los kV seteados, es decir el tiempo de exposición es un valor que no es ajustado por el técnico radiólogo, además en la práctica diaria, es casi imposible que se utilicen tiempos tan largos como el solicitado, siendo que usualmente se utilizan tiempos muy reducidos del orden de los milisegundos.		01-11-2021	09:07:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	16:50:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el Comando donde solicitan Rango mAs de 0,1 a 500 mAs, Solicitamos amablemente a la convocante reducir este rango a 300 mAs, pues en equipos rodantes como el solicitado, este valor tan elevado lo volvería pesado y difícil de maniobrar, además hay que considerar que con el valor de 300 mAs se cubren todos los requerimientos de la practica diarias en los servicios de urgencia e internación, que serán los destinos del equipo solicitado.	01-11-2021	09:08:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	16:50:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Generador donde solicitan Potencia: 50Kw, Solicitamos amablemente a la convocante reducir este valor a 30 Kw, considerando que el valor de 50kW solicitado corresponde a equipos fijos de gran porte, y que este trasladado a equipos rodantes los vuelve pesados y difícil de manejar, además hay que considerar que con el valor de 30 Kw se cubren todos los requerimientos de la práctica diarias en los servicios de urgencia e internación, que serán los destinos del equipo solicitado.	01-11-2021	09:08:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	16:50:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan tiempo de carga de baterías de 2 horas o menor solicitamos a la convocante permitir cotizar detectores con baterías que requieren un tiempo de carga de 3 horas o menor, considerando que solicitan la provisión de 3 baterías por lo que quedarse fuera de servicio por falta de batería es muy difícil y con esto estarían permitiendo la participación de una mayor cantidad de oferentes.	01-11-2021	09:09:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	16:51:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde piden Frecuencia del generador de 300 kHz o mejor, solicitamos permitir cotizar equipos con frecuencia del generador de 50 kHz o mayor, pues esta característica es una característica de diseño de cada fabricante que no afecta a la calidad de los rayos x generados y por ende no tiene efecto en la calidad de la imagen ni en la dosis entregada al paciente. Consideramos este parámetro un valor utilizado únicamente con fines de excluir ciertas marcas, pues un valor tan elevado de la frecuencia del generador no es un indicador de calidad del equipo. Es de considerar que aumentar la frecuencia del generador a una potencia elevada, aumenta el riesgo de falla en el mismo. Al modificar este parámetro al rango solicitado se permitirá la participación de equipos de marcas muy conocidas que optan por una frecuencia del de 50kHz.	01-11-2021	09:15:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	16:51:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Generador y tubo donde solicitan corriente de tubo de 450 mA o más, solicitamos a la convocante permitir ofrecer equipos con corriente de tubo máximo de 400 mA o más considerando que valores elevados de corriente de tubo, son más bien solicitados en los equipos fijos. Además consideramos que con una corriente de 400 mA se pueden realizar todos los exámenes de rutina que se requieren en salas de UCI o en Urgencias Además esto permitirá una mayor cantidad de oferentes.	01-11-2021	10:03:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	16:52:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Equipos modulares de alta resolución que se utilizan con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica invasiva y no invasiva para estudios generales pacientes adultos/pediátricos Solicitamos aclarar si se solicita un equipo modular o portátil ya que en el Ítem 1 se solicita ECOCARDIOGRAFO PORTATIL se solicita portátil	01-11-2021	13:45:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante requiere un ECOGRAFO MODULAR.	09-11-2021	16:55:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Ecografo modular con funcionamiento a corriente eléctrica y batería (incorporado) Recomendamos modificar este punto por: Ecografo portátil con funcionamiento a corriente eléctrica y batería (incorporada)	01-11-2021	13:46:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	16:55:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 320 GB o unidades de estado sólido (SSD) de al menos 180 GB. Memoria CINE de al menos 500 cuadros. Rango dinámico de al menos 280 dB o mejor, (dos) puertos activos, como mínimo, para conexión de transductores, fácilmente intercambiables. Recomendamos solicitar: Capacidad de almacenamiento en disco de estado sólido (SSD) de al menos 320 GB ya que esto agiliza el tiempo de encendido y de procesamiento, lo que se traduce en un mayor rendimiento general del equipo. Memoria CINE de al menos 3000 cuadros y Rango dinámico de al menos 300 dB o mejor, (dos) puertos activos, como mínimo, para conexión de transductores, fácilmente intercambiables.	01-11-2021	13:46:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	16:56:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: (dos) puertos activos, como mínimo, para conexión de transductores, fácilmente intercambiables, recomendamos diga: (dos) puertos activos integrados al equipo, como mínimo, para conexión de transductores, fácilmente intercambiables	01-11-2021	13:47:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	16:56:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1024 o más canales de procesamiento multiplexados, Recomendamos diga: 3.000.000 o más canales de procesamiento multiplexados, con un mayor número de canales digitales de procesamiento, se obtiene mayor información debido a la cantidad de los haces emitidos y recibidos, es decir, una mayor definición y calidad en la imagen.	01-11-2021	13:48:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	16:57:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Transductor Convexo con ancho de banda de 1.5 a 5.0 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo., recomendamos diga Transductor Convexo con ancho de banda de 1.5 a 5.0 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo. Recomendamos modificar por Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased Array adulto con ancho de banda de 1.5 a 5.0 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo., considerando que se solicita un Ecocardiógrafo Adulto/ pediátrico pero no se está solicitando el transductor acorde a dicha aplicación	01-11-2021	13:51:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	16:57:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array neonatal con ancho de banda de 4 a 12 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo. De manera a permitir mayor participación de oferentes solicitamos modificar por: Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array neonatal con ancho de banda de 5 a 12 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo	01-11-2021	13:52:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	16:57:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Video impresora para impresiones en blanco y negro sobre papel termal. Cantidad 50 (cincuenta) unidad. Favor modificar por: Video impresora para impresiones en blanco y negro sobre papel termal. Cantidad 1 (uno) y papel para video printer de alta densidad. Cantidad 50 (cincuenta)	01-11-2021	13:55:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	16:57:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Video impresora para impresiones en blanco y negro sobre papel termal. Cantidad 50 (cincuenta) unidad. Favor modificar por: Video impresora para impresiones en blanco y negro sobre papel termal. Cantidad 1 (uno) y papel para video printer de alta densidad. Cantidad 50 (cincuenta)	01-11-2021	13:56:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	16:58:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Soportado por batería interna de al menos 45 minutos de duración a carga máxima, recomendamos diga Soportado por batería interna de al menos 90 minutos de duración a carga máxima.	01-11-2021	13:57:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	16:58:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
9. Certificado de disponibilidad de repuestos por la vida útil del equipo (10 años) favor aclarar si este certificado debe ser emitido por la empresa oferente.	01-11-2021	13:59:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	16:59:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado "Altura de la mesa: 65 cm o más". Se solicita a la convocante establecer como parámetro que la altura de la mesa sea de 70 cm o menos. Esto debido a que 70 cm es una medida estándar, la cual la gran mayoría de los fabricantes manejan. Inclusive, esta altura es compatible con las alturas de las camillas utilizadas en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública.	01-11-2021	14:41:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC	09-11-2021	16:59:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan peso 250 kg o mas. Se solicita a la convocante que la mesa sea de 300 kg. Esto para poder dar apertura y posibilitar la realización de estudios a un espectro más amplio de pacientes.	01-11-2021	14:41:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC	09-11-2021	16:59:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan "Distancia foco-detector de 120 cm o mas". La distancia foco-detector típica para realizar estudios en la mesa que manejan todos los fabricantes es de 115 cm. Debido a esto, se solicita a la convocante modificar el rango de distancia foco-detector a 110 cm o más, de manera a permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes.	01-11-2021	14:42:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC	09-11-2021	16:59:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan "Frecuencia del generador 300 kHz o mejor" Se solicita a la convocante permitir cotizar equipos frecuencia del generador de 100 kHz o mayor. Esta característica se encuentra asociada al diseño de cada equipo y/o fabricante cuya funcionalidad clínica y la calidad de imagen no se ve afectada y, de mantener el requerimiento, limitarían la participación de distintos oferentes cuya calidad en el equipo no se encuentra limitada por esta condición. Se solicita la aclaración de que consideran como "mejor"?	01-11-2021	14:44:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC	09-11-2021	17:00:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Columna de tubo con desplazamiento horizontal de 180cm o mas". Se solicita a la convocante que el desplazamiento horizontal sea de 200 cm o más. De esta manera los equipos ofertados, presentarían un mayor recorrido, por lo tanto, mayor versatilidad lo que facilitaría la realización de estudios sin necesidad de reposición de los pacientes.	01-11-2021	14:44:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC	09-11-2021	17:00:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Max. Distancia fuente-imagen (SID) en la mesa 120 cm o mejor" La distancia foco-detector típica para realizar estudios en la mesa que manejan todos los fabricantes es de 115 cm. Debido a esto, se solicita a la convocante modificar el rango de distancia foco-detector a 110 cm o más, de manera a permitir la participación de una mayor variedad de oferentes.	01-11-2021	14:45:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC	09-11-2021	17:00:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Tamaño de detector: 35,3 x 42,4 cm o mejor" Se solicita a la convocante especificar en este apartado que el tamaño de área activa del detector sea de 42 x 42 cm o mayor. Al tener una mayor área activa una sola toma abarcaría una zona mas grande el cuerpo. En casos de tener que realizar varias tomas por ejemplo de tórax y abdomen, con un detector que tenga una mayor área activa se realizaría en menos tomas. Resultando esto en que el flujo de pacientes será mayor y por otra parte, que el paciente recibirá mucha menos radiación.	01-11-2021	14:45:52

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC	09-11-2021	17:00:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Matriz de detector de 3052*2540 o mejor". Se solicita a la convocante que la matriz del detector sea de 3000x3000 o mayor. Esto permitiría la obtención de una mejor imagen, debido a que cuanto más grande sea la matriz del detector tendríamos una mejor resolución de imagen, mejor contraste lo que nos permitiría distinguir más fácilmente los diferentes tejidos y partes.	01-11-2021	14:47:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC	09-11-2021	17:01:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Longitud del cable de 7 m o más en el bucky mural" Todos los estudios en el bucky mural se hacen a 1,80m. Como el bucky mural solicitado es con detector fijo, el mismo no necesitaría ningún cable externo, debido a que la conexión del detector con el Bucky se hace de manera interna. Se solicita la aclaración de este apartado.	01-11-2021	14:47:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC	09-11-2021	17:01:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Monitor TF, LCE o LED de 21" o mayor con resolución de 1280 x 1024 como mínimo – Consola de adquisición" En los monitores proveídos actualmente en los equipos mas actualizados cuentan con resoluciones de 1920x1080 o mayor inclusive. Por ende, solicitamos a la Convocante sean exigidos monitores a partir de esta resolución.	01-11-2021	14:48:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC	09-11-2021	17:01:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado "PC con capacidad de almacenamiento de al menos 100.000 imágenes o mejor" La consola del equipo no es una consola de almacenamiento de imágenes. El almacenamiento de las imágenes de un instituto se hace en un sistema especializado llamado PACS. Por tanto y en vista a los valores de almacenamiento de imágenes de los fabricantes de equipos médicos se solicita la modificación de este apartado, que la capacidad de almacenamiento sea de 10.000 imágenes o más.	01-11-2021	14:48:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC	09-11-2021	17:01:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado "Rango de movimiento vertical de 150 cm o más " El apartado anterior a éste establece lo siguiente: Altura mínima de 35cm o menor y una altura máxima de 170cm o mayor. Por lo que el rango de movimiento vertical sería de 145 cm si tomamos los valores de referencia. Con estos valores existirían equipos que no cumplirían con este ítem. Además, es necesario considerar que cada fabricante tiene su propio rango de movimiento, ya que se trata de una característica meramente constructiva. Por lo mencionado anteriormente se solicita a la Convocante la modificación de este apartado, que sea de 140 cm o mayor.	01-11-2021	14:49:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC	09-11-2021	17:02:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado "Brazo porta-tubo con movimiento telescópico o contrabalanceado o movimientos articulados, con altura máxima de foco de por lo menos 181 cm. Rotación del tubo o soporte del tubo de +90 y -90° o mayor. Columna con rotación de 360°. Sistema de frenado automático ante tránsito obstruido" Primeramente, se solicita a la convocante que la altura máxima de foco sea de por lo menos 2 metros para dar mayor versatilidad al movimiento. Por otro lado, columna con rotación de 360° es solamente para brazos telescópicos. Los brazos contrabalanceados o articulados no efectúan esa rotación por la manera en que se da su funcionamiento. Por último, el sistema de frenado automático, ese es un sistema propio de algunos fabricantes, todos los sistemas móviles traen sistemas de frenado automático, considerando que el equipo siempre que está en movimiento es porque un usuario lo está dirigiendo, por lo que se considera que no es necesario un sistema de frenado automático ante tránsito obstruido.	01-11-2021	14:50:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	17:02:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde se solicita "Potencia: 50 kW o más" Se sugiere asignar un valor de 20 kW o mayor, ya que la potencia requerida (50 kW) supera las características habituales de equipos de porte digital. Así mismo, la eficiencia en la propia fabricación de los generadores permite entregar la misma cantidad de energía con una menor potencia en el generador, traduciéndose ello en un mayor ahorro de energía sin que esto implique una reducción en la calidad de la imagen o prestaciones del equipo.	01-11-2021	14:50:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	17:03:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Tubo de rayos X con doble punto focal y ánodo giratorio de alta rotación." Esta plenamente demostrado en la práctica clínica que, los equipos portátiles de un solo punto focal presentan un rendimiento igual al de los equipos portátiles de 2 puntos focales. De esta manera, permitirían la participación de equipos con amplia experiencia en el mercado local e internacional, sin que vaya en detrimento de la calidad de la imagen, ya que, los tamaños o cantidades de puntos focales son características relacionadas a la fabricación de los equipos conforme a los lineamientos de cada empresa y no una característica que aporte mayor o menor valor clínico	01-11-2021	14:51:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	17:03:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Tensión: 40 kV o menos a 150 kV o más." Los equipos portátiles de los fabricantes más conocidos manejan de 40 a 130 kV. Estos permiten realizar todo tipos de estudios y obtener excelentes contrastes y calidad de imagen. Por lo tanto, se solicita la modificación de este parámetro para la participación de una mayor cantidad de oferentes.	01-11-2021	14:51:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	17:03:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Dos puntos focales de 0,6 mm. /1,2 mm" Esta plenamente demostrado en la práctica clínica que, los equipos portátiles de un solo punto focal presentan un rendimiento igual al de los equipos portátiles de 2 puntos focales. De esta manera, permitirían la participación de equipos con amplia experiencia en el mercado local e internacional, sin que vaya en detrimento de la calidad de la imagen, ya que, los tamaños o cantidades de puntos focales son características relacionadas a la fabricación de los equipos conforme a los lineamientos de cada empresa y no una característica que aporte mayor o menor valor clínico. Se sugiere indicar el parámetro de la siguiente manera: Foco fino de aprox. 0.6 mm y foco grueso de aprox. 1.2 mm. O un solo punto focal de 0.8 mm o menor	01-11-2021	14:52:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	17:03:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado "Capacidad Calórica de 200 KHU o más." Se consulta si es viable la participación de equipos cuya capacidad calórica del ánodo sea de 105 KHU en adelante. La no modificación de este parámetro impediría la participación de equipos con amplia experiencia en el mercado local e internacional, siendo que para equipos de este porte los valores sugeridos son suficientes para una prestación clínica adecuada. Cabe destacar que los valores de disipación y generación de calor se encuentran asociados al los valores indicados por cada fabricante que, a su vez, garantizan la calidad de las prestaciones del equipo fabricado.	01-11-2021	14:52:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	17:04:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Rango mAs de 0,1 a 500 mAs o mejor" Para obtener una imagen se setean dos valores principalmente (kV y mAs). Todos los fabricantes traen una combinación de ambos para obtener la mejor calidad de imagen posible. Por ende, exigir un valor desmedido de uno, no garantizaría una imagen de buena calidad si no esta en concordancia con su respectivo valor de kV. Por tanto, se solicita a la convocante permitir equipos que presenten valores máximos de mAs de 350 o mayor. Siendo este valor el mas habitual en equipos portátiles de ultima generación.	01-11-2021	14:52:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	17:04:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Matriz Activa de al menos 2600 x 2300" Se solicita a la convocante modificar este apartado, de manera a que la matriz activa sea de 2320x2800 o mayor. Este valor es usual entre los fabricantes más conocidos. Con el mismo se logran tener buenas prestaciones de los equipos sin dejar de lado la calidad de imagen.	01-11-2021	14:53:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:04:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el apartado "Área activa del detector: 35 cm o mas x 43 cm" Se solicita a la convocante agregar un margen de +/- 1 cm para los valores del área activa del detector. Con este margen podrían participar una mayor cantidad de oferentes y los detectores que existen de 34x42 que permiten una muy buena calidad de imagen.		01-11-2021	14:53:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:04:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el apartado "Se deberán incluir 3 juegos de baterías para el funcionamiento sin cables del panel." En los sistemas modernos el detector se carga en la bandeja del equipo, no se acaba la batería, esta siempre cargando. Por lo tanto, se solicita a la convocante que este apartado sea opcional. o como maximo se solicite 1 juego extra de batería.		01-11-2021	14:55:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:05:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde se solicita "Escala de Grises de 14 bits o mas." En la actualidad todos los equipos ya traen escala de grises de 16 bits. Una escala de grises de 14 gris es particular de equipos antiguos. A mayores bits mayor será la diferenciación de los tonos de grises, haciendo que las imágenes sean mucho mejores al lograr diferenciar mejor los distintos tejidos. Por este motivo, se solicita a la convocante la modificación de este apartado, que sea de 16 bits o más.		01-11-2021	14:56:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:05:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "ITEM 1 EQUIPO ECOCARDIOGRAFO PORTATIL" solicitamos amablemente a la convocante que clarifique si es un sistema de ecografía portátil o modular el que está necesitando, puesto que no existe concordancia con el título y los datos generales donde dice: "Equipos modulares de alta resolución que se utilizan con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica invasiva y no invasiva para estudios generales en pacientes adultos/pediátrico". en vista de que las características mencionadas son indicativas de un equipo modular.		01-11-2021	15:06:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.		09-11-2021	17:05:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "Ecógrafo modular con funcionamiento a corriente eléctrica y batería (incorporada)" solicitamos amablemente a la convocante que afirme si es un equipo modular o portátil el que está requiriendo, pues en el título solicitan "EQUIPO ECOCARDIOGRAFO PORTATIL", por lo que existe discrepancia entre el título y las características del sistema solicitado.		01-11-2021	15:07:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.		09-11-2021	17:05:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "Transductor para aplicaciones cardiológicas Phase array pediátrico con ancho de banda de 2 a 7 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo". Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Transductor para aplicaciones cardiológicas Phase array pediátrico con ancho de banda de 3 o menos a 7 MHz o más". Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo", atendiendo a que el rango solicitado no afecta a la calidad de la imagen y permitirá realizar procedimientos cerebrovasculares, cabeza neonatal, abdomen pediátrico, eco pediátrico sin desmejorar la eficacia ni la calidad diagnóstica de los estudios ecográficos.		01-11-2021	15:08:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.		09-11-2021	17:06:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "Transductor para aplicaciones cardiológicas Phase array neonatal con ancho de banda de 4 a 12 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo". Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto a ""Transductor para aplicaciones cardiológicas Phase array neonatal con ancho de banda de 4 o menos a 12 MHz o más. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo", atendiendo a que el rango solicitado no afecta a la calidad de la imagen y permitirá realizar procedimientos cerebrovasculares, cabeza neonatal, abdomen pediátrico, eco pediátrico sin desmejorar la eficacia ni la calidad diagnóstica de los estudios ecográficos.		01-11-2021	15:10:11
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:06:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Soportado por batería interna de al menos 45 minutos de duración a carga máxima." solicitamos amablemente a la convocante que afirme si es un equipo modular o portátil el que está necesitando, pues en el caso de que sea un equipo modular no requiere de batería interna, bastaría con contar un Sistema de UPS con autonomía mínima de 10 minutos.	01-11-2021	15:10:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:06:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Soportado por batería interna de al menos 45 minutos de duración a carga máxima." solicitamos amablemente a la convocante que afirme si es un equipo modular o portátil el que está necesitando, pues en el caso de que sea un equipo modular no requiere de batería interna, bastaría con contar un Sistema de UPS con autonomía mínima de 10 minutos.	01-11-2021	15:11:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:06:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Peso 250 kg o más solicitamos amablemente a la convocante que permita cotizar equipos con mesa paciente de menor peso de 180 kg o más, y así dar participación a potenciales oferentes.	01-11-2021	18:05:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:06:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Movimiento longitudinal de ± 42 cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento longitudinal de la mesa de al menos ± 30 cm o más, y así dar participación a potenciales oferentes.	01-11-2021	18:05:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:07:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Rango de mAs de 1 mAs o menos a 800 mAs o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de mAs de 1 o menos a 600 o más, y así dar participación a potenciales oferentes	01-11-2021	18:06:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:07:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Frecuencia del generador 300 kHz o mejor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con frecuencia del generador de al menos 200 kHz y así dar apertura a las especificaciones técnicas y así dar participación a potenciales oferentes	01-11-2021	18:06:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:13:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Capacidad de almacenamiento de calor de anodo de 350 KHU como mínimo solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de almacenamiento de calor del anodo de al menos 300 KHU y así dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la participación de potenciales oferentes.	01-11-2021	18:07:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:15:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Max. Distancia fuente-imagen (SID) en la mesa 120 cm o mejor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con SID en la mesa de al menos 112 cm o mejor y así dar participación a potenciales oferentes.	01-11-2021	18:08:41
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:18:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Capacidad para exposiciones 150 kg de paciente recostado; 100 kg paciente de pie o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar detectores con capacidad de soportar pesos distribuidos por toda su área de 100 kg, y lo solicitado de soportar un paciente de pie de 100 kg es una descripción comercial copiada de un catalogo ya que no se aplica para el diagnostico que el paciente se pare sobre el detector, recordemos a la convocante que Ud solicita detector en la mesa y en el Bucky mural, no esta solicitando detector libre y además como mencionamos no se estaría utilizando jamás el paciente parado sobre el detector. Por todo lo expuesto solicitamos que el item quede de la siguiente manera Capacidad de soportar sobre su superficie 100 kg de peso.	01-11-2021	18:09:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:19:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Longitud del cable de 7 m o más en el bucky mural solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar detectores de mejor prestaciones como el Wireless y así dar posibilidad de participar a potenciales oferentes.	01-11-2021	18:09:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:19:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Columna con rotación de 360° solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con columna de rotación de al menos 320° y así dar participación de potenciales oferentes.	01-11-2021	18:10:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	17:20:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Cable de alimentación de 3.5m. o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con cable de alimentación de al menos 2.5 mts de longitud y así dar participación a potenciales oferentes.	01-11-2021	18:10:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	17:20:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Potencia: 50 kW o más, solicitamos cordialmente a la convocante permita cotizar equipos con potencia de al menos 30 kW y así dar participación a potenciales oferentes.	01-11-2021	18:13:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	17:20:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Corriente de 450 mA o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con corriente de al menos 350 mA y así dar participación a potenciales oferentes	01-11-2021	18:14:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	17:21:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Tensión: 40 kV o menos a 150 kV o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de 40 a 120 kV o más, y así dar participación a potenciales oferentes.	01-11-2021	18:14:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	17:21:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Dos puntos focales de 0,6 mm. /1,2 mm solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con dos puntos focales de 0.6 mm o mayor / 1.2 mm o mayor, y así dar participación a potenciales oferentes.	01-11-2021	18:15:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:21:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Capacidad Calórica de 200 KHU o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad calórica de al menos 100 KHU y así dar participación a potenciales oferentes.		01-11-2021	18:17:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:21:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Tiempo maximo de exposición 3,5s solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo de exposición máximo de 3 seg, y de esta manera dar mayor seguridad al paciente y además abrir las especificaciones para la participación de potenciales oferentes		01-11-2021	18:17:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:21:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Rango mAs de 0,1 a 500 mAs o mejor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de mAs de 0.1 a 300 mAs o mejor, y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.		01-11-2021	18:18:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:22:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Pantalla de 17" embebida para manejo KV/mAs y previsualización de la imagen solicitamos muy amablemente a la convocante permita cotizar equipos con pantalla de 17 o mayor para la pre visualización y visualización de la imagen, y manejo de kV/mAs (opcional) pudiendo ser manejado en el panel de control del equipo. De esta manera se estaría dando apertura a las especificaciones para la participación de potenciales oferentes.		01-11-2021	18:19:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:22:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Posibilidad de visualización de la imagen capturada en el equipo, de 5 s o menor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo de visualización de 7 seg o menor, y así dar participación a potenciales oferentes.		01-11-2021	18:19:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:22:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El PBC establece: "El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: Cero coma uno por ciento (0,01 %) del valor del bien o servicio en demora, por cada día de atraso." Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de multas por cada día de atraso en la entrega de bienes adjudicados sea de 0,001%. Pedimos equidad y que el porcentaje sea el mismo al que es aplicado como se indica en caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: Cero coma cero cero uno por ciento (0,001 %) del monto en mora por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo.		01-11-2021	21:46:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:22:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El PBC establece: Demostrar la experiencia en Copias de contratos ejecutados de provisión de bienes de EQUIPOS MÉDICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y/O DE LABORATORIOS con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 ÚLTIMOS AÑOS 2.018-2.019-2.020.. 1. Se solicita aclarar a la Convocante si las facturaciones y/o contratos ejecutados pueden ser del Sector Público y/o Privado. 2. Se solicita aclarar a la Convocante si las facturaciones podrán ser en cualquiera de los 3 últimos años siempre que se alcance el porcentaje requerido, o deberá de cada uno de los años?		01-11-2021	21:47:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las facturaciones y/o contratos ejecutados pueden ser del Sector privado y/o Público. Las facturaciones y contratos pueden ser en cualquiera de los últimos 3 (tres) años, siempre que se alcance el porcentaje requerido.		09-11-2021	17:24:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitud de Pago de Anticipo El PBC establece: " El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: 10(diez) días hábiles de la emisión de la Orden de Compra y contra entrega de la garantía de Anticipo." Teniendo en cuenta la facultad de la Convocante establecida en el Art. 37 del Dto., Reglamentario 2992 /19, se solicita a la Convocante establecer que el plazo para solicitar el pago de anticipo será dentro de los diez (10) días corridos siguientes a partir de la EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN.- Lo solicitado obedece a que el Código de Contratación es un requisito para dar ingreso a las solicitudes de pago ante la VUP según lo establecido en el Comunicado D.A./D.G.A.F. N° 01/2020, y que la emisión del mismo no corre por cuenta del proveedor sino por gestión de la Convocante ante la DNCP, presentándose situaciones en las que la emisión del CC superan los 10 días corridos desde la suscripción del contrato, quedando el proveedor en una situación de indefensión y bajo riesgo de perder el anticipo estipulado.-	01-11-2021	21:50:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	17:27:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: PLAN DE ENTREGA El plazo máximo para la entrega de los bienes será de 90 (noventa) días corridos contados a partir de la recepción efectiva de la orden de compra; según el procedimiento descrito a continuación. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMPRA: Las Ordenes de Compras serán comunicadas en formato PDF o similar al proveedor adjudicado, al correo electrónico declarado en la oferta. La fecha del reporte de envío del correo electrónico se constituirá en el acuse por parte del proveedor, el primer día hábil siguiente a la comunicación realizada se procederá a fecharlas, y tal fecha será considerada para el cómputo de plazo de entrega del bien.Las intimaciones por incumplimiento del Contrato serán notificadas al Correo electrónico, declarado en la oferta Se solicita a la Convocante: Aclarar que la orden de compra será emitida una vez abonado el pago en concepto de anticipo, pues al contemplarse este, el plazo de entrega no puede computarse antes que el pago conforme lo establece el PBC en su punto 6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5. Es decir, no puede computarse el plazo de ejecución sin antes haberse abonado el anticipo financiero.-	01-11-2021	21:55:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	17:27:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: Observación: ...//... En caso de empresas que tengan menos años de antigüedad, el promedio se realizará teniendo en cuenta la cantidad de años de existencia. En todos los casos se utilizarán dos decimales. Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad, podrán presentar sus Balances Generales y Estados Financieros desde su existencia como empresa. Se solicita a la Convocante la exclusión este punto, en cuanto que se vulnera el principio de igualdad de los oferentes en cuanto que a unos se les pide el promedio de los 3 años se calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos índices y se dividirán entre la cantidad de años para acreditar la capacidad financiera, en tanto que a otros con menos antigüedad se les considerará menos años de antigüedad. Ello a más de no ser un criterio de evaluación igualitario, podría vulnerar los derechos de la Convocante en cuanto que permitiría la participación de empresas sin un mínimo de antigüedad en el mercado y sin solvencia económica.-	01-11-2021	22:03:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	17:27:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante aclarar si se deberá contemplar el costo de desmontaje del equipo que se encuentra instalado en la sala designada.-	01-11-2021	22:08:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante se hará cargo del desmontaje del equipo que se encuentra instalado.	09-11-2021	17:29:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante especificar si el oferente deberá realizar las remodelaciones edilicias que sean necesarias para la instalación y correcto funcionamiento del equipo (piso, cielo raso, pintura, climatización, adecuaciones para la instalación) y definir los materiales constructivos que deberán ser utilizados.	01-11-2021	22:09:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las adecuaciones edilicias quedan a cargo de la convocante.	09-11-2021	17:29:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: " GARANTÍA DEL BIEN ADQUIRIDO (Equipos) El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso. El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el Paraguay. La garantía permanecerá vigente durante 24 meses posteriores al Acta de Recepción del bien. " Solicitamos a la convocante aclarar si el tubo de rayos, detectores y transductores de los equipos de los ítems 1,2,3, también deberán tener una garantía de 2 años. Los mismos son considerados como materiales de desgastes y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante. 2. Solicitamos a la convocante aclarar que la garantía no incluye los daños que pudieren sufrir los equipos por errores de utilización, golpes y/o desgates natural.	01-11-2021	22:15:05
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC. La Cobertura debe ser total.		09-11-2021	17:30:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
en el PBC se indica: "Si el equipo presenta fallas por falta de Mantenimiento Preventivo, esto deberá ser sustituido por otro equipo de similares características durante el tiempo que tome su reparación." Solicitamos a la Convocante excluir el equipo de rayos X fijo (ítem 2) considerando la complejidad y las características de montaje del mismo.		01-11-2021	22:16:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:31:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 320 GB o unidades de estado sólido (SSD) de al menos 180 GB. Memoria CINE de al menos 500 cuadros. Rango dinámico de al menos 280 dB o mejor, (dos) puertos activos, como mínimo, para conexión de transductores, fácilmente intercambiables, solicitamos a la convocante permita cotizar Rango dinámico de 170 dB o mejor y de un puerto activo así podrá dar mayor participación a potenciales oferentes.		01-11-2021	22:41:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.		09-11-2021	17:32:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Modo B+Color+CW/PW/Harmónica. Solicitamos aclarar que el Modo tríplex sea en cualquiera de sus formas, O quitar esta Especificaciones ya que es que característico de especificaciones de la Marca GE que utiliza para confundir a la convocante.		01-11-2021	22:41:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.		09-11-2021	17:32:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Modo B+M+Color. El modo triplex solicitado cualquiera sea su combinación sea considerado como valedera B+Color+CW o B+COLOR+PW o B+COLOR+Harmonica. Software, Solicitamos que aclare para evitar chicanas de la marca GE que utiliza estas Especificaciones a modo de confundir y que modo triplex sea en cualquiera de sus formas.		01-11-2021	22:42:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.		09-11-2021	17:33:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Transductor Convexo con ancho de banda de 1.5 a 5.0 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo. Recomendamos solicitar transductor Sectorial para aplicaciones cardiológicas de de 1 a 5 Mhz para mejor calidad de imagen. Y no así transductor convexo por las especificaciones requeridas que son cardiológicas.		01-11-2021	22:43:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.		09-11-2021	17:33:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Transductor para aplicaciones cardiológicas Phase array pediátrico con ancho de banda de 2 a 7 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo, solicitamos a la convocante permita dejar cotizar transductor con un ancho de banda de 3 a 8 Mhz. Para aplicaciones cardiológicas pediátricas así de esta forma podrá dar participaciones a potenciales oferentes		01-11-2021	22:43:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.		09-11-2021	17:34:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Punto donde dice El plazo máximo para la entrega de los bienes será de 90 (noventa) días corridos contados a partir de la recepción efectiva de la orden de compra; según el procedimiento descrito a continuación; Solicitamos a la convocante que el plazo se de 120 días una vez emitido la orden esto es debido a los problemas ocasionados por la pandemia que aun no se ha Normalizado.		01-11-2021	22:46:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:34:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan: Memoria CINE de al menos 500 cuadros. Sugerimos soliciten al menos Memoria CINE de al menos 100000 cuadros, considerando este parámetro útil para la visualización y revisión en estudios cardiológicos.	01-11-2021	22:53:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:35:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Rango dinámico de al menos 280 dB o mejor , sugerimos soliciten Rango dinámico de al menos 400 dB, de manera a tener una mayor posibilidad de visualización al momento de analizar los estudios.	01-11-2021	22:53:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:35:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: (dos) puertos activos, como mínimo, para conexión de transductores, fácilmente intercambiables. Sugerimos soliciten al menos (Tres) puertos activos, para conexión de transductores, fácilmente intercambiables	01-11-2021	22:54:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:35:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2 puertos o más USB, sugerimos soliciten al menos 5 puertos USB, para conexión de periféricos y exportación – importación de información	01-11-2021	22:55:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:35:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan:1024 o más canales de procesamiento multiplexados. Sugerimos soliciten al menos 900.000 canales digitales, de manera a adquirir equipos con capacidad de procesamiento superior.	01-11-2021	22:55:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:35:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Posibilidad de admitir transductores electrónicos lineales, convexos, endocavitarios, phased array, etc. con detección y ajustes de parámetros en forma automática. Sugerimos soliciten además que el equipo tenga la capacidad de operar transductores transesofágicos multiplanares, transductores volumétricos	01-11-2021	22:56:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:35:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Modo Triplex en tiempo real Sugerimos modificar este requerimiento por Capacidad de visualización simultánea de 2D/CFM/PW Y 2D/CFM/CW	01-11-2021	22:56:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:36:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array neonatal con ancho de banda de 4 a 12 MHz. Solicitamos permitan cotizar equipos con Transductor para aplicaciones cardiológicas Phase array neonatal con ancho de banda de 4.5 a 12 MHz.	01-11-2021	22:57:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:36:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos soliciten Transductor para aplicaciones cardiológicas Phased array adulto con ancho de banda de 1.5 a 4.5 MHz, para evaluación de pacientes pediátricos (adolescentes).	01-11-2021	22:57:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:36:33
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos soliciten adicionalmente: Análisis de Ventrículo Izquierdo de Strain Longitudinal, que permita eliminación de segmentos individuales por dificultad técnica, con análisis de todo el grosor miocárdico, con medición de FE del VI en el mismo proceso	01-11-2021	22:58:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:36:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos soliciten adicionalmente: Análisis de Ventrículo Derecho de Strain Longitudinal, que permita eliminación de segmentos individuales por dificultad técnica, con análisis de todo el grosor miocárdico, con medición de TAPSE	01-11-2021	22:58:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:37:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos soliciten adicionalmente: Análisis de Fracción de Eyección de detección automática de bordes incorporado al protocolo de Strain	01-11-2021	22:59:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:37:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos soliciten adicionalmente: Software de Cálculos e identificación automática Doppler de las 4 válvulas cardíacas	01-11-2021	22:59:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:37:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos soliciten adicionalmente: Análisis de Aurícula Izquierda de Strain Longitudinal 2CH y 4CH.	01-11-2021	22:59:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:37:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Imagen trapezoidal Sugerimos modificar este requerimiento por: Ampliación campo visual cercano trapezoidal tanto en sondas lineales como en sondas sectoriales para abarcar segmentos apicales durante análisis Strain	01-11-2021	23:00:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:37:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
* Solicitan: Ancho de la superficie de la mesa de 80cm o más De manera a permitir realizar estudios a un mayor rango de pacientes, sugerimos soliciten: Ancho de la superficie de la mesa de al menos 90cm.	01-11-2021	23:13:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:37:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
* Solicitan: Altura de la mesa de 65 cm o más Sugerimos soliciten Altura de la mesa de 72.5 cm o menos, lo que facilitara que incluso pacientes de baja estatura puedan subir sin dificultad.	01-11-2021	23:13:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:38:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
* Solicitan: Peso 250kg o más De manera a permitir realizar estudios a un mayor rango de pacientes, sugerimos soliciten: Capacidad de realizar estudios a pacientes de al menos 295 kg.	01-11-2021	23:14:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:38:19

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
* Solicitan: Movimiento longitudinal de ± 42 cm o mas De manera a permitir una mayor participación de oferentes. Sugerimos soliciten Movimiento longitudinal de al menos ± 40.5 cm	01-11-2021	23:14:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:38:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
* Solicitan: Movimiento transversal de ± 12 cm o mas Sugerimos soliciten Movimiento transversal de al menos ± 14.5 cm	01-11-2021	23:14:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:38:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
* Solicitan: Distancia foco-detector de 120cm o mas Solicitamos permitan cotizar equipos con: Distancia foco-detector de 115 ± 1 cm, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes	01-11-2021	23:15:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:39:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*Solicitan: Columna de tubo con desplazamiento vertical de 145 cm o mejor Sugerimos soliciten Rango de recorrido vertical de 152 cm o mayor	01-11-2021	23:16:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:39:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
* Solicitan: Rotación del tubo en torno al eje vertical ± 90 de $\pm 120^\circ$ o mejor Sugerimos soliciten Rango de rotación del tubo de Rayos X de $\pm 135^\circ$ o mayor	01-11-2021	23:16:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:39:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
* Solicitan: Potencia del generador de 50kW o mayor Sugerimos soliciten Potencia del generador de al menos 65kW	01-11-2021	23:16:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:39:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
* Solicitan: Rango de mAs de 1 mAs o menos a 800mAs o más Sugerimos soliciten Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 800mAs o más	01-11-2021	23:17:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:40:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
* Solicitan: Frecuencia del generador de 300kHz o mayor Sugerimos soliciten Frecuencia del generador de al menos 240 kHz. De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	01-11-2021	23:17:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:40:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Frecuencia del generador de 300kHz o mayor Sugerimos soliciten Frecuencia del generador de al menos 240 kHz. De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	01-11-2021	23:18:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.	09-11-2021	17:40:38

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
* Solicitan: Capacidad de almacenamiento de calor de anodo de 350 KHU como mínimo Sugerimos soliciten Capacidad calórica del ánodo de al menos 400 KHU		01-11-2021	23:18:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.		09-11-2021	17:40:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
* Solicitan: colimador con control manual, luminoso y con Rotación de $\pm 45^\circ$ o mejor Sugerimos soliciten Rotación del colimador de $\pm 180^\circ$ o superior.		01-11-2021	23:19:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.		09-11-2021	17:41:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
* Solicitan: Matriz del detector de 3052 x 2540 o superior Solicitamos permitan cotizar equipos con Matriz del detector de 2304 x 2800 o superior		01-11-2021	23:19:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.		09-11-2021	17:41:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
* Solicitan: Tamaño de píxel de 140 micras o menor Solicitamos permitan cotizar equipos con Tamaño de píxel de 150 micras o menor		01-11-2021	23:20:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.		09-11-2021	17:41:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
*Solicitan Conectividad DICOM con las siguientes licencias habilitadas: DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Print, DICOM Query/Retrieve, DICOM MPPS, DICOM Worklist Solicitamos excluir la opción de DICOM MPPS, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.		01-11-2021	23:20:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2 y a la última versión del PBC.		09-11-2021	17:41:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Columna con rotación de 360° . Solicitamos permitan cotizar equipos con Columna con rotación de 110° , de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.		01-11-2021	23:53:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:42:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Sistema de frenado automatico ante transito obstruido, solicitamos eliminar este requerimiento de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.		01-11-2021	23:53:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:43:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Corriente de 450 mA o más. Solicitamos permitan cotizar equipos con Corriente de 400 mA o más de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.		01-11-2021	23:53:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:44:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Tiempo maximo de exposición 3,5s Solicitamos permitan cotizar equipos con Tiempo maximo de exposición 6,3 s.-de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.		01-11-2021	23:54:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:44:17

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Rango mAs de 0,1 a 500 mAs o mejor Solicitamos permitan cotizar equipos con Rango mAs de 0,1 a 320 mAs o mejor.-de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.		01-11-2021	23:55:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:44:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Pantalla de 17" embebida para manejo KV/mAs y previsualización de la imagen. Sugerimos soliciten Pantalla de al menos 19"		01-11-2021	23:55:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:44:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Escala de Grises de 14 Bits o mas Sugerimos soliciten Escala de Grises de al menos 16 Bits o mas		01-11-2021	23:55:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:42:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Matriz Activa de al menos 2600 x 2300 Sugerimos soliciten Matriz Activa de al menos 2800 x 3408 pixels		01-11-2021	23:56:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:42:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Área activa del detector: 35 cm o mas x 43 cm Solicitamos permitan cotizar equipos con Área activa del detector: 35 cm o mas x 42.6 cm de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.		01-11-2021	23:56:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:42:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: DQE de 60 % o mayor. Solicitamos permitan cotizar equipos con DQE de 58 % o mayor de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.		01-11-2021	23:57:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:43:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Peso máximo de 5 Kgs o menor Sugerimos soliciten Peso máximo de 3.5 Kgs o menor		01-11-2021	23:57:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:43:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Rodamiento motorizado con soporte de motores eléctricos en las ruedas. Solicitamos eliminar este requerimiento de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.		01-11-2021	23:57:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:43:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Sistema de accionamiento eléctrico de frenado. Solicitamos eliminar este requerimiento de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.		01-11-2021	23:58:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		09-11-2021	17:43:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto donde solicitan "Tensión: 40 kV o menos a 150 kV o más." Es de considerar que los equipos portátiles de los fabricantes más conocidos manejan de 40 a 125 kV. Estos permiten realizar todo tipos de estudios y obtener excelentes contrastes y calidad de imagen. Por lo tanto, se solicita la modificación de este parámetro para la participación de una mayor cantidad de oferentes. Solicitamos a la convocante ajustar a el pedido a "Tensión: 40kv o menos a 125Kv o más ajustable en pasos de 1kV. Con esto se ampliará el número de oferentes.	02-11-2021	07:57:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.	09-11-2021	17:43:40

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: SUMI SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80068800-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508007334	Póliza	SEGUROS PATRIA	16-11-2021	16-11-2021	25-04-2022
Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1					
Categoría: Pequeña			Nro. Oferente: 2		
1508004987	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	16-11-2021	16-11-2021	05-05-2022
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 3		
1508052722-END-000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	16-11-2021	16-11-2021	24-06-2022
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 4		
1508007337	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y RE ASEGUROS	16-11-2021	16-11-2021	05-05-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42181716-002	Ecocardiografo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	General Electric	General Electric	Vivid iq	China	Ecocardiografo	535.860.000	535.860.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	CX50	USA	Ecocardiografo	600.163.200	600.163.200

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	41111808-001	Equipo de rayos X fijo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	SHIMADZU	SHIMADZU CORPORATIO	RADSPEED PRO MF	JAPON	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	1.000.000.000	1.000.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	Perlove Medical	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd.	PLD 7300 D	China	Equipo de rayos X fijo	1.272.000.000	1.272.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	Carestream	Carestream	DRX-COMPASS X RAY SYSTEM	China		1.350.000.000	1.350.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DK MEDICAL SYSTEMS	DK MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	INNOVISION-EXII	COREA	Equipo de rayos X fijo	1.438.666.667	1.438.666.667

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	41111808-002	Equipo de rayos X portatil					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	SHIMADZU	SHIMADZU CORPORATIO	MOBILE DART EVOLUTION	JAPON	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	1.100.000.000	1.100.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	Perlove Medical	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd.	PLX 5100	China	Equipo de rayos X portatil	996.000.000	996.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	Carestream	Carestream	DRX-Revolution Mobile X RAY SYSTEM	USA		1.100.000.000	1.100.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VILLA SISTEMI MEDICALI	VILLA SISTEMI MEDICALI SPA	VISITOR T30M-DR	ITALIA	Equipo de rayos X portatil	1.126.357.142	1.126.357.142

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Ecocardiografo				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	325.000.000	17-11-2021	08:23:20.503	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	186a9388d599d371ce1060d6f2e147f3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	329.000.000	17-11-2021	08:23:13.137	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd5bea2b647dda6704ec6d5c80e53dd7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	330.000.000	17-11-2021	08:22:57.319	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fff61bd6abb47465e5e3e54ef78a5e64	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	333.000.000	17-11-2021	08:22:38.921	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ed5a69dd97e6a071b1422ee8cfc214f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	346.000.000	17-11-2021	08:22:39.246	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99cfa13c886e508e47903e9579523eb4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	346.000.900	17-11-2021	08:22:31.251	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c441702de32c241025a73844ab099c04	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	347.000.900	17-11-2021	08:22:24.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	559548c9a920364f812f141d968bb358	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	349.000.900	17-11-2021	08:22:16.853	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1591fa3068cbe5fab42a6788eabbe523	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	359.000.000	17-11-2021	08:22:06.931	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ad6bd93d82cd92578a8a50037471eab	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	364.000.000	17-11-2021	08:21:44.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98aa1f5bf332d5b9794908406bb597cc	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	364.000.000	17-11-2021	08:21:50.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b94ea84804238fb94361b256c11a1cb	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	368.000.000	17-11-2021	08:21:40.395	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a14a684311bb07a4a3e35aceb7c8ac6	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	368.500.090	17-11-2021	08:21:31.493	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	570a346719e152ccb4de95af47ec5abe	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	370.000.000	17-11-2021	08:21:21.151	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e07e83f6d553dd54991f6a22a1b6261	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	375.000.000	17-11-2021	08:21:15.887	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f449a756fb2bc232ab17a5fe4a1d117b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	380.000.000	17-11-2021	08:20:26.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f83d3a31c6c5e30af62d599b2ef97647	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	387.000.000	17-11-2021	08:20:30.871	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8aeeef463ebfe6db470db5b2afd67df9a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	388.000.000	17-11-2021	08:20:17.274	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff415c620ea9c1fc718cff3adaf97352	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	390.000.000	17-11-2021	08:20:01.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85019e2f0c7b59ecd4cc2d36aedc2541	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	398.000.000	17-11-2021	08:20:01.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ace399dbf0df7e133e304e12d4c13dff	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	400.000.000	17-11-2021	08:19:37.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f35d9959c60bf0e4772d9949471f4ad	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	425.000.000	17-11-2021	08:19:26.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5729df215cc3de07bd2a6c695739be28	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	428.688.000	17-11-2021	08:19:02.527	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3381e4cf44947dfae8f3b5015a07ba7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	535.860.000	17-11-2021	08:01:30.547	Propuesta
		Código Verificador:	00aa57693824a628d810fd8ea26d2d56	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	600.163.200	17-11-2021	08:01:30.550	Propuesta
		Código Verificador:	9d9ebf8f13c9ac6206165e6375c40a7a	

2 - Equipo de rayos X fijo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	500.000.000	17-11-2021	08:39:32.032	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e382550521b353b6a98e2cf3cecfb68	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	530.000.000	17-11-2021	08:39:14.906	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb32cf5e8b6e64885ff0d131776f5bab	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	534.000.000	17-11-2021	08:38:59.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a481bc594bf1e769698182a8f82aaffd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	535.000.000	17-11-2021	08:38:39.328	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1d481d7ae4f638c444951d664a5aff4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	574.000.000	17-11-2021	08:38:40.562	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	972b335b251d76a3e35fab69c62a4ddb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	575.900.000	17-11-2021	08:38:26.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d3394394331d5ee209dfc433786ac08	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	593.000.000	17-11-2021	08:38:30.601	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eae012bf8cfb0dc8130ee50270a311ba	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	595.000.000	17-11-2021	08:38:20.730	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4b1da74c46adf2458002e94eccc26c0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	599.000.000	17-11-2021	08:38:15.641	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80722a2618a668bd8370c4e57ff43b6a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	610.000.000	17-11-2021	08:38:03.935	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98e42322605d8472df13f8ff9358d4b5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	611.900.000	17-11-2021	08:37:51.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afb1e6daa7364c73386bc5b47f61f705	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	645.000.000	17-11-2021	08:37:51.249	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee6dc50e9d9101dac395b294c32f6005	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	645.500.000	17-11-2021	08:37:31.581	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ef1f68d426eb5041836d6f27a74796a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	685.000.000	17-11-2021	08:37:41.173	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55aa455d7349c1add90d3db4724ffad	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	689.000.000	17-11-2021	08:37:31.100	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	161647dee9898c16674d2914d24135c7	

Listado General de todas las Ofertas

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	689.900.000	17-11-2021	08:37:25.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9972f1c51c0927d91ec65668dac30fec	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	690.000.000	17-11-2021	08:36:56.825	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b5c8ce77cb0387be6a5df3986abf69a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	729.900.000	17-11-2021	08:37:07.271	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e17415ddd216c624b36757b18778aaae	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	734.000.000	17-11-2021	08:36:54.752	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f5f07fb36cd3e202bfda3348e177aa3	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	734.900.000	17-11-2021	08:36:49.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e3bbd3a361d133b46356e37aabc8b38	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	735.900.000	17-11-2021	08:36:29.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7b68c5b42bb7c0fa7b10f3be82be95c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	750.000.000	17-11-2021	08:36:22.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d1694fc6e693051ad3443fad1f8514c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	789.000.000	17-11-2021	08:35:51.373	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5032513d772fc98a2ba40fa7f921fda2	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	803.000.000	17-11-2021	08:38:29.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2bfda5a10c36c7b4cfe8f7f4c7b42998	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	804.000.000	17-11-2021	08:38:11.313	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c390e409681538d9210b9d38e6094e3a	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	805.000.000	17-11-2021	08:37:46.284	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b40db39e6bea04f23be42b6f2c1a632	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	810.000.000	17-11-2021	08:37:16.763	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5c920c235029bbf8ec55fc9d25dbcd3	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	820.000.000	17-11-2021	08:35:37.043	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41475af98935cbd8591fe0ffe46ef48e	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	820.000.000	17-11-2021	08:35:52.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8747329e921aee3cdeb0ed9d5b48e29c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	823.500.000	17-11-2021	08:35:26.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4741964c46a5bb23b48baa0f3705dfc8	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	870.000.000	17-11-2021	08:35:19.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a74ccf5f7e238d03bb806098a72fb741	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	870.000.000	17-11-2021	08:35:28.698	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76eb15f8ddb3f745f14f0472c32907d6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	875.000.000	17-11-2021	08:34:49.235	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d845b419b76fea70c77a2df53a408df3	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	875.000.000	17-11-2021	08:35:13.226	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4f41ffb01dc3ef5cf33738e0d42d2ae	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	980.000.000	17-11-2021	08:34:13.679	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	234c5852f455d716f6f1092c0a08931b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	999.000.000	17-11-2021	08:33:09.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5af33d8683b47ca8b4d431d48bb80b6c	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	1.000.000.000	17-11-2021	08:01:30.763	Propuesta
		Código Verificador:	7e3ab4ef4a655ab3fe750b3326353b76	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	1.272.000.000	17-11-2021	08:01:30.765	Propuesta
		Código Verificador:	2ded8a75e32313c8cf7f5ab16b36a611	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.350.000.000	17-11-2021	08:01:30.765	Propuesta
		Código Verificador:	04c3d4a579e7936a36a675ef0b9d22b5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.438.666.667	17-11-2021	08:01:30.766	Propuesta
		Código Verificador:	eb0681aa49f14949161face633e61f1	

3 - Equipo de rayos X portatil

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	821.000.000	17-11-2021	09:00:55.663	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	572ea2f844f2bb09216791e5587c76eb	

Listado General de todas las Ofertas

SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	860.000.000	17-11-2021	09:00:49.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36b5146fa8db45a56c0067cf0a31f53e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	869.500.000	17-11-2021	09:00:30.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00f06f76ec7fcdce9899dc64440b113	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	880.000.000	17-11-2021	09:00:20.835	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0dbf4e6492c1c8cae89d576c21eb10b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	890.500.000	17-11-2021	08:59:36.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d2df3c7f942712af8a2317b402d4728	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	973.000.000	17-11-2021	09:02:52.116	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9c4cef08cd6998d7764d5f3180e6422	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	974.500.000	17-11-2021	09:02:53.048	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b92fec981ccc31632d38733d583cc986	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	975.000.000	17-11-2021	09:02:33.330	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2791e9becdfb0ae6edb2bac91cb52a0	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	978.000.000	17-11-2021	09:01:02.797	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad134e471512f4fac61e10547a0273a7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	979.000.000	17-11-2021	09:00:35.387	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56c76696833d47f64ec1a1fe7efba822	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	980.000.000	17-11-2021	08:59:48.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	126fd15b353d67d6e0c16c0ed4489790	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	994.200.000	17-11-2021	08:59:24.066	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2356e9e5d0f42f4ebcd8aea6c3c8ca5e	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	994.300.000	17-11-2021	08:52:56.073	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ef468f0784dcd95b33b98e483c0fc737	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	994.500.999	17-11-2021	08:52:04.864	Etapa de Puja
		Código Verificador:	664446b89a1099b6bf1952570d1c37c0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	995.000.000	17-11-2021	08:47:23.756	Etapa de Puja
		Código Verificador:	29b303d25bf24ed64f4e95bb1c66da0f	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	996.000.000	17-11-2021	08:01:30.994	Propuesta
		Código Verificador:	db4a836cb79fc595b0c2f5f4930e548e	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	1.100.000.000	17-11-2021	08:01:30.991	Propuesta
		Código Verificador:	6dfb15eac859487c67af712b9062f730	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.100.000.000	17-11-2021	08:01:30.992	Propuesta
		Código Verificador:	30eb5eb72229945d2260c7191e02fd10	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.126.357.142	17-11-2021	08:01:30.995	Propuesta
		Código Verificador:	2c255acd82888d60ea5e3415ee8f985f	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Ecocardiografo

Oferente	Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	325.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	329.000.000

2 - Equipo de rayos X fijo

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	500.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	534.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	803.000.000
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	804.000.000

3 - Equipo de rayos X portatil

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	821.000.000
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	860.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	973.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	974.500.000
---	-------------

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
2 - Equipo de rayos X fijo	500.000.000
3 - Equipo de rayos X portatil	821.000.000

Proveedor: 80023913-0 - SOLUMEDIC S.A.

Item	Precio Ganador
1 - Ecocardiografo	325.000.000

Listado de Mensajes

1 - Ecocardiografo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-11-2021	08:10:51.412
Buenos días, comenzamos la Subasta.	17-11-2021	08:11:05.328
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	17-11-2021	08:12:22.417
Señores esperamos mejores ofertas.	17-11-2021	08:12:40.915
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-11-2021	08:12:50.726
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-11-2021	08:12:56.588
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-11-2021	08:18:56.733
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-11-2021	08:23:26.852
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-11-2021	08:23:26.975

2 - Equipo de rayos X fijo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-11-2021	08:23:58.942
Continuamos con la Subasta.	17-11-2021	08:24:09.839
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	17-11-2021	08:25:27.879
Señores esperamos mejores ofertas.	17-11-2021	08:25:39.397
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-11-2021	08:26:47.484
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-11-2021	08:26:51.397
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-11-2021	08:32:51.664
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-11-2021	08:40:30.120
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-11-2021	08:40:30.339

3 - Equipo de rayos X portatil

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-11-2021	08:40:53.485
Continuamos con la Subasta.	17-11-2021	08:41:04.748
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	17-11-2021	08:42:06.588
Señores esperamos mejores ofertas.	17-11-2021	08:42:15.245
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-11-2021	08:42:16.928
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-11-2021	08:42:20.995
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-11-2021	08:58:56.234
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-11-2021	09:02:59.738
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-11-2021	09:03:00.044

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.