

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 402751

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 13:44 del día 25/11/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 402751 -

Adquisición de Equipamiento Médico para la Ampliación de Terapia Intensiva, Oncología e Internación del Hospital General Pediátrico - Ley 6275/19 - Plurianual de la Institución:

Código Verificador: 75a288b630b37586dd1bdf798254cc0e

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Sub-UOC:	Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu - Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1485

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1. Favor aclarar si la cúpula debe poseer ajuste digital del nivel de iluminación en por lo menos 5 niveles o mayor rango.		02-11-2021	23:02:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		10-11-2021	10:41:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se consulta si los leds deben poseer tecnología libre de radiación infrarroja.		02-11-2021	23:02:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		10-11-2021	10:42:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En las especificaciones no se especifican la Profundidad de iluminación al 20% y al 60%. Recomendamos una Profundidad de iluminación al 20% de 100cm y una Profundidad de iluminación AL 60% de 50cm o mayor.		02-11-2021	23:03:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		10-11-2021	10:42:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Favor aclarar si la scialítica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de forma a evitar la caída de la potencia de la iluminación que es inherente a los LEDs. Esto posibilita una iluminación constante durante toda la cirugía.		02-11-2021	23:03:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		10-11-2021	10:43:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En las especificaciones no se estableció la vida útil de los LEDS, lo que define su calidad. Actualmente la tecnología de los LEDs está muy avanzada y por lo tanto recomendamos vida útil de los LEDs a 60.000hs o mayor.	02-11-2021	23:04:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:43:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta si la scialítica debe ser compatible con Flujo Laminar.	02-11-2021	23:04:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dicha función, no es necesaria.	09-11-2021	15:44:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones no se definieron la dilución de sombras que establece el rendimiento de la scialítica ante sombras. Se recomienda una dilución de sombras con una máscara de 42% o mejor y una dilución de sombras con dos máscaras de 49% o mejor y una dilución de sombras en el fondo de un tubo de 95% o mejor.	02-11-2021	23:04:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	15:44:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta si la scialítica va ser utilizada en quirófano porque si es así no es necesario que tenga batería interna ya que el quirófano posee alimentación por generadores. Favor verificar. Si necesita de baterías recomendamos una autonomía de mínimo 8 horas.	02-11-2021	23:05:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	15:45:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
No todos los fabricantes tienen un ensamblado a base de Aluminio, favor considerar esta solicitud como opcional.	02-11-2021	23:05:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:43:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita que donde dice: Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 93 % como mínimo, también se agreguen el Índice de Rendimiento de color R9 (Rojo saturado) de 90% o mayor, el Índice de Rendimiento de color R13 (color de la piel) del 95% o mayor.	02-11-2021	23:05:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	15:45:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 25 Lámpara scialítica de pie En una parte de las especificaciones técnicas dice: Rotación de la cúpula en torno de su brazo de suspensión en 360°C y rotación de la cúpula en torno de su propio eje también en 360°C. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Rotación de la cúpula en torno de su brazo de suspensión en 360°C (variación permitida de +/- 10°) y rotación de la cúpula en torno de su propio eje también en 360°C (variación permitida de +/- 10°)	03-11-2021	11:40:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:43:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 25 Lámpara scialítica de pie En una parte de las especificaciones técnicas dice: Ensamblado en base de aluminio. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Ensamblado en base de aluminio y/o polímero de alta resistencia	03-11-2021	11:41:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:44:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 25 Lámpara scialítica de pie En una parte de las especificaciones técnicas dice: Tiempo de vida útil de 30.000 horas Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Tiempo de vida útil de 30.000 horas (o mayor)	03-11-2021	11:41:31

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:44:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 25 Lampara scialitica de pie En una parte de las especificaciones técnicas dice: Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Temperatura de color en el rango de 4200 (+/- 400) a 6000 (+/- 1.000) grados Kelvin.	03-11-2021	11:42:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	15:45:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 25 Lampara scialitica de pie Teniendo en cuenta las características que la Convocante solicita para este ítem, el precio de referencia está muy por debajo del precio de mercado. Por tal motivo sugerimos respetuosamente al Convocante modificar el precio referencial a por lo menos Gs. 100.000.000.- (guaraníes cien millones)	03-11-2021	11:42:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Existen en el mercado equipo con esas características y con precios establecidos en el referencial.	09-11-2021	15:46:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 350 W (o mayor) Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 250 W (o mayor)	03-11-2021	11:44:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:44:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Corte bipolar puro, ajustable de 1 a 150 W (o mayor) Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Corte bipolar puro, ajustable de 1 a 120 W (o mayor)	03-11-2021	11:46:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:44:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Corte bipolar mezclado, ajustable de 1 a 150 W (o mayor) Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Corte bipolar mezclado, ajustable de 1 a 120 W (o mayor)	03-11-2021	11:46:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:45:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Carro original de transporte con 4 ruedas con al menos 2 dispositivos de bloqueo Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Carro de transporte con 4 ruedas con al menos 2 dispositivos de bloqueo	03-11-2021	11:48:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:45:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: 2 unidades de Mango/pinza bipolar para laparoscopia sin necesidad de cambiar la pinza: Reutilizable, autoclavable, con cable de 3m de largo, rotación del eje de 360°. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: cable de 3 m (o mayor) de largo	03-11-2021	11:50:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:45:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Longitud de la camisa/vástago de 34cm (variación permitida +/- 2cm) una unidad. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Longitud de la camisa/vástago de 35cm (variación permitida +/- 2cm) una unidad	03-11-2021	11:50:52

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	15:47:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: 10cm (variación permitida +- 2cm) dos unidades, reutilizable y autoclavable. Es muy corto el vástago, solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: 20cm (variación permitida +/- 2cm)	03-11-2021	11:51:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El vástago de 10 cm se utiliza para operaciones con pacientes pequeños. Ajustarse al PBC.	09-11-2021	15:48:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: 2 unidades de Mango/pinza bipolar para laparoscopia sin necesidad de cambiar la pinza: Reutilizable, autoclavable, con cable de 3m de largo, rotación del eje de 360°. A fin de reducir el precio final, sugerimos respetuosamente al Convocante solicitar: 1 unidad de Mango/pinza bipolar	03-11-2021	11:51:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:45:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: 2 unidades de Mango/pinza bipolar para laparoscopia sin necesidad de cambiar la pinza: Reutilizable, autoclavable, con cable de 3m de largo, rotación del eje de 360°. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: cable de 3 m (o mayor) de largo	03-11-2021	11:53:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:46:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Longitud de la camisa/vástago de 34cm (variación permitida +- 2cm) una unidad. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Longitud de la camisa/vástago de 35cm (variación permitida +/- 2cm) una unidad .	03-11-2021	11:53:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	15:49:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: 10cm (variación permitida +- 2cm) dos unidades, reutilizable y autoclavable. Es muy corto el vástago, solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: 20cm (variación permitida +/- 2cm)	03-11-2021	11:54:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	15:49:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: 2 unidades de Mango/pinza bipolar para laparoscopia sin necesidad de cambiar la pinza: Reutilizable, autoclavable, con cable de 3m de largo, rotación del eje de 360°. A fin de reducir el precio final, sugerimos respetuosamente al Convocante solicitar: 1 unidad de Mango/pinza bipolar	03-11-2021	11:54:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:46:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Inserto de agarre dentada maciza reutilizable y autoclavable. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Inserto de agarre dentada maciza o similar (de acuerdo a las descripciones propias de cada fabricante), reutilizable y autoclavable.	03-11-2021	11:54:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:46:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Longitud de la camisa/vástago de 34cm (variación permitida +- 2cm) una unidad. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Longitud de la camisa/vástago de 35cm (variación permitida +/- 2cm) una unidad	03-11-2021	11:56:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	15:51:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Pinza bipolar recta reutilizable de 11cm de largo (variación permitida +-1cm) y 0,5mm de diámetro, 2 unidades. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: 0,5mm de diámetro (variación permitida +/-0,1 mm)	03-11-2021	11:57:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:46:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Pinza bipolar recta reutilizable de 16cm de largo (variación permitida +-1cm) y 1mm de diámetro, 1 unidad. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: 1mm de diámetro (variación permitida +/-0,2 mm)	03-11-2021	11:57:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:47:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Pinza bipolar recta reutilizable de 22cm de largo (variación permitida +-1cm) y 1mm de diámetro, 1 unidad. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: 1mm de diámetro (variación permitida +/-0,2 mm)	03-11-2021	11:57:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:47:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Pinza bipolar bayoneta reutilizable y autoclavable de 16cm de largo (variación permitida +-1cm) y 1mm de diámetro, 1 unidad Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: 1 mm (variación permitida +/-0,2 mm) de diámetro	03-11-2021	11:58:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:47:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Pinza bipolar bayoneta reutilizable de 16cm de largo (variación permitida +-1cm) y 0,5mm de diámetro, 1 unidad. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: 0,5mm de diámetro (variación permitida +/-0,1 mm)	03-11-2021	11:58:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:47:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Pinza bipolar bayoneta reutilizable y autoclavable de 19,5cm de largo (variación permitida +-1cm) y 2mm de diámetro, 1 unidad. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Pinza bipolar bayoneta reutilizable y autoclavable de 19,5cm de largo (variación permitida +/-0,5 cm)	03-11-2021	11:58:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	15:51:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Pinza bipolar bayoneta reutilizable de 19,5cm de largo (variación permitida +-1cm) y 1mm de diámetro, 1 unidad. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Pinza bipolar bayoneta reutilizable de 19,5cm de largo (variación permitida +/-0,5 cm)	03-11-2021	11:59:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:48:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Pinza bipolar bayoneta reutilizable y autoclavable de 22cm de largo (variación permitida +-1cm) y 0,5mm de diámetro, 1 unidad. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: 0,5mm (variación permitida +-0,1 mm) de diámetro.	03-11-2021	11:59:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:48:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Obs: todos los accesorios solicitados deberán ser entregados con su cable de cone Con la intención de no elevar tanto el precio final, sugerimos al Convocante solicitar de la siguiente manera: 4 (cuatro) cables para las pinzas bipolares 3 (tres) cables para las placas dobles	03-11-2021	11:59:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:48:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ÍTEM 16 Electrobisturi. El precio referencial está muy por debajo del precio de mercado, considerando en cuenta la gran cantidad de accesorios que el Convocante está solicitando: 1 (un) carro de transporte original; 5 (cinco) selladores de vaso; 13 (trece) pinzas bipolares; 100 (cien) lápices desechable; 300 (trescientas) placas neutras. Por lo expuesto, solicitamos reverificar el precio referencial del mismo y ajustar a por lo menos Gs. 400.000.000	03-11-2021	12:00:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:49:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 8 (cama eléctrica para paciente) Donde solicita, (Exactitud del pesaje de +/- 200gr o del 1% del peso del paciente. Solicitamos amablemente aceptar equipos con exactitud de 100gr, considerando mayor exactitud o agregar a la solicitud 200 gr o menor.	03-11-2021	13:28:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:49:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ítem 42 Ventilador pulmonar de mediana complejidad Donde dice . Modos ventilatorios: VCV, VAC, VC-SIMV, PLV, PCV, CPAP, PAC, PCSIMV, BELEVEL, APRV Solicitamos amablemente a al convocante aceptar modalidades de denominación equivalente con la misma función; Por ejemplo BELEVEL - DUOLEVEL; PRVC, APRV, DUOLEVEL, V-SIMV, P-SIMV, IPPV, A/C, PCV,PSV, SPONT/CPAP,SIGH,MANUAL. Las denominaciones de las modalidades dependen de la marca y del fabricante	03-11-2021	13:42:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:49:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: Accesorios Donde dice: La empresa deberá realizar capacitación de uso y cuidados del equipo al personal Médico. Se solicita amablemente a la convocante especificar la cantidad de horas necesarias para realizar el entrenamiento, se sugiere que para cumplir con dicho punto es más que suficiente 24 horas y de esta manera cubrir con todos los procedimientos que se pueden realizar en el sistema de ecografía.	03-11-2021	13:50:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:49:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Punto Otras Características donde dice: Capacitación a usuarios sobre el funcionamiento del equipo y capacitación técnica al personal técnico del Electromedicina, Se solicita amablemente a la convocante especificar la cantidad de horas necesarias para realizar el entrenamiento, Proponemos que para cumplir con dicho punto es más que suficiente un entrenamiento de 6 horas para la capacitación de los operarios y técnicos de electromedicina de esta manera cubrir con los procedimientos que guardan relación con el sistema de imágenes.	03-11-2021	13:51:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:50:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ítem 42 Ventilador Pulmonar de mediana complejidad Donde dice Relación I:E. de 5:1 - 1:99 o mejor, Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con relación I:E 4:1-1:8 considerando valor suficiente para los requerimientos ventilatorios, la presente solicitud hace referencia a una marca específica. Por lo tanto solicitamos que se requieran valores acordes y coherente con los parámetros generales de ventilación	03-11-2021	14:05:19
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:50:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
item 42 Ventilador pulmonar de mediana complejidad donde solicita "Presión inspiratoria (CmH2O) limite inferior 2 o menor, Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con limite inferior de 5cm o menor, considerando valor mínimo suficiente para ventilación de pacientes pediátricos. De esta manera dar lugar a participación de mayor cantidad de oferentes.	03-11-2021	14:12:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	15:56:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 42 - Ventilador pulmonar de mediana complejidad Flujo Inspiratorio (l/min). Límite inferior 0. Límite superior 200 o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con límite superior a 60lpm o mayor, considerando que equipos con entrega de flujo superior son para los equipados con ventilación no invasiva, además 60 lpm es más que suficiente para ventilar pacientes pediátricos en ventilación invasiva.	03-11-2021	14:18:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que los equipos solicitados deben contar con ventilación no invasiva.	09-11-2021	15:57:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
item 42 Ventilador pulmonar de mediana complejidad Donde solicita Sensibilidad de disparo POR FLUJO (L/min). Límite inferior 0,1 o menor. Límite superior 15 o mayor. Solicitamos a la convocante aceptar equipos con Sensibilidad de disparo por flujo (l/min), límite inferior 0,5 o menor, considerando flujo basal mínimo suficiente para aplicación en pacientes pediátricos, de esta manera permitir mayor participación de oferentes.	03-11-2021	14:29:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	15:58:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item N° 2 "Aspirador de Secreciones" dice: Frasco colector lavable y esterilizable de plástico de 3 litros. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Frasco colector lavable y esterilizable de plástico de 2 litros o mayor."	03-11-2021	14:51:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	15:58:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item N° 2 "Aspirador de Secreciones" dice: Con batería de 12 voltios o similar recargable. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Con batería de 12 voltios o similar recargable (opcional)"	03-11-2021	14:52:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	15:58:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item N° 2 "Aspirador de Secreciones" dice: Con una autonomía de por lo menos 2 horas de uso Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Con una autonomía de por lo menos 2 horas de uso (opcional)"	03-11-2021	14:52:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	15:58:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item N° 2 "Aspirador de Secreciones" dice: Nivel acústico: 52dB o menos Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Nivel acústico: 61 dB o menos	03-11-2021	14:52:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:50:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item N° 2 "Aspirador de Secreciones" dice: Vacío máximo aproximadamente 0.92 bar/701 mmHg O mejor Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Vacío máximo aproximadamente 0.80 bar/600 mmHg o mejor"	03-11-2021	14:53:02
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		09-11-2021	15:59:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem N° 2 "Aspirador de Secreciones" dice: Frasco colector de 3 litros. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Frasco colector de 2 litros o mayor"		03-11-2021	14:53:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		09-11-2021	16:00:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem N° 2 "Aspirador de Secreciones" dice: 2 frascos colector de 3 litros autoclavables con su tapa y sistema anti derrame. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: 2 frascos colector de 2 litros o más autoclavables con su tapa y sistema anti derrame."		03-11-2021	14:53:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		09-11-2021	16:00:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 11 - Central de Monitoreo de Signos Vitales, En una parte de las EETT dice: Almacenamiento de 2000 eventos Solicitamos Respetuosamente permita cotizar este punto de la siguiente manera: Almacenamiento de 2000 eventos o 500 horas como mínimo		03-11-2021	14:54:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		10-11-2021	10:51:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 11 - Central de Monitoreo de Signos Vitales, En una parte de las EETT dice: Visualización de hasta 5 curvas por paciente en Vista multipaciente o hasta 8 curvas en la configuración de Vista Paciente único Solicitamos Respetuosamente permita cotizar este punto de la siguiente manera: Visualización de 4 curvas o más por paciente en Vista Paciente único		03-11-2021	14:54:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		10-11-2021	10:51:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 27 "Monitor Multiparamétrico", en una parte de las EETT dice: Índice de pulsatilidad o índice de perfusión o función rainbow set Solicitamos Respetuosamente permita cotizar de la siguiente manera: Índice de pulsatilidad o índice de perfusión o función rainbow set (opcional)		03-11-2021	14:54:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		09-11-2021	16:01:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica. 7.Registro Sanitario para todos los ítems cotizados. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la presentación de este documento de la siguiente manera: Registro Sanitario Vigente o Constancia de estar en Inicio de Trámite de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos, expedido por la DNVS, dependiente del MSPyBS		03-11-2021	14:59:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		09-11-2021	16:01:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Podrían otorgar un rango de +/-2cm en las medidas de los instrumentales solicitados?		03-11-2021	15:28:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		10-11-2021	10:51:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Características Generales: Instrumentales Quirúrgicos. Respecto a las distintas certificaciones solicitadas, consultamos si en general se podrían presentar copias de ISO 9001, ISO 13485, CE, FDA, DIN al menos 2 de ellas, además del Registro Sanitario vigente.		03-11-2021	15:33:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se podrán presentar copias simples.		09-11-2021	16:01:49

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Presión arterial Invasiva IBP ¿Se podría cotizar con rango de medición de -50 a 300mmHg o rango más amplio?	03-11-2021	15:39:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, se podrá cotizar con rango más amplio tal como se detalla en las especificaciones técnicas.	09-11-2021	16:04:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: 1 x Cistoureteroscopia pediátrico, 11Charr ¿Se podría cotizar de 9.5 a 11Charr?	03-11-2021	15:40:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:04:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 9 Cama manual para internación Donde solicita dimensiones de la superficie del paciente longitud mínima 200 cm, ancho mínimo 90 cm, solicitamos a la convocante aceptar medidas del rango 200 +/- 5cm, y 90 +/- 5cm. Esto permitirá una mayor participación de oferentes en la licitación.	03-11-2021	15:44:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:52:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 9 cama de internación manual donde solicita, altura regulable entre 40 a 70 cm, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con altura regulable de 40 +/- 10 cm a 70 +/- 10 cm, esto obedece a que se permitirá mayor participación de oferentes y se evitará el direccionamiento a una o dos marcas.	03-11-2021	15:47:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:52:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Otros requerimientos. Características Generales: Instrumentales Quirúrgicos. Solicitamos excluir todo este apartado, considerando que el ítem se refiere a Instrumentos Endourológicos y no a instrumentales quirúrgicos de uso general, no todos son de acero inoxidable, algunos instrumentos son flexibles, recubiertos o aislados, no pueden ser marcados por el tamaño diminuto que tienen. Las características del contenedor no corresponden. Se podría mantener los Certificados en general: ISO 9001, ISO 13485, CE, FDA, DIN al menos 2 de ellas. Registro Sanitario Vigente.	03-11-2021	15:47:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:53:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
a- ¿Se podría cotizar con baterías que funcionen al menos 2 Horas? b- ¿Se podría cotizar con tiempo de carga de la batería de hasta 5 horas? c- ¿Se podría cotizar con ángulo de rotación mínima 160° horizontal y vertical? d- ¿Se podría cotizar con nivel de prueba antiagua IP54 o mejor? e- ¿Se podría cotizar con posibilidad de grabar vídeo de hasta 1 hora? f- ¿Se podría cotizar con memoria externa para almacenamiento de datos de 5GB o mayor?	03-11-2021	15:53:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
a) Ajustarse al PBC. b) Dirigirse a la Adenda N° 02. c) Ajustarse al PBC. d) Ajustarse al PBC. e) Ajustarse al PBC. f) Sí, podrá cotizarse equipo con memoria externa para almacenamiento de datos de 5GB o mayor	10-11-2021	10:53:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 9 Cama de internación manual Donde dice colchón, espesor mínimo 15cm, solicitamos amablemente a la convocante que se pueda cotizar cochones con mejores características que se encuentre en un rango de espesor de 15 +/- 3cm. considerando que la densidad del colchón estipula el grosor y no viceversa.	03-11-2021	15:58:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:54:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Al menos 3.000.000 de canales digitales de procesamiento" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con tecnología de canales digitales de procesamiento de al menos 1.000.000 o superior, debido a que cada casa comercial calcula los canales de procesamiento digitales mediante una fórmula matemática propia, que no se ha estandarizado en el mercado, lo cual hace que los números de canales digitales no sean comparables entre una marca y otra. Así mismo, dicho parámetro no interfiere en la calidad de las imágenes ecográficas.	03-11-2021	16:12:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:54:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Capacidad de post-procesamiento de imágenes y vídeos de archivo en datos crudos" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con Capacidad de post-procesamiento de imágenes y vídeos de archivo en datos crudos o nativos, debido a que esto no afecta ni a la calidad ni a la precisión de las imágenes diagnósticas.	03-11-2021	16:13:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:54:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Software que permita obtener una imagen de las estructuras internas de los PULMONES" sugerimos amablemente a la convocante permitir ofertar equipos con soluciones y tecnología que nos permitan crear presets personalizados de imagen y ajustarlos a las diferentes estructuras en estudio, debido a que no todos los equipos traen por defecto un preset para pulmón.	03-11-2021	16:14:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:04:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Transductor Convex Array con un ancho de banda de 1 a 5 Mhz con profundidad de escaneado hasta 40 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.", solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Transductor Convex Array con un ancho de banda de al menos 1.5 a 5 Mhz o superior con profundidad de escaneado hasta 30 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo", ya que dichos parámetros son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.	03-11-2021	16:14:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:05:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Transductor Convex Array con un ancho de banda de 1 a 5 Mhz con profundidad de escaneado hasta 40 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.", solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Transductor Convex Array con un ancho de banda de al menos 1,2 a 5 Mhz o superior con profundidad de escaneado hasta 30 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo", ya que dichos parámetros son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos, sin afectar la precisión y calidad de la imagen.	03-11-2021	16:15:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:05:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
item 27 Monitor multiparamétrico Donde dice, salida analógica para ECG. Solicitamos amablemente a la convocante agregar al requerimiento la palabra opcional, sugerimos "salida analógica para ECG (opcional)".	03-11-2021	16:15:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:06:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Modalidad de imagen compuesta con múltiples haces de ultrasonido de hasta 15 líneas" solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con Software de imagen compuesta con hasta 7 haces angulados, que es lo convencional en los equipos de gama media-alta. Esta aplicación, en combinación con otras tecnologías de optimización de imagen como la optimización de persistencia dinámica, compensación de ganancias automática y filtro de ruidos permiten obtener una imagen de excelente calidad.	03-11-2021	16:33:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:06:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El PBC establece: Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria EQUIPOS MEDICOS y/o INSTRUMENTALES MEDICOS (El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del bien que cotiza en esta contratación) mediante copias de contratos ejecutados y/o facturación de ventas y/o recepciones finales, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto ofertado. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscritos desde su existencia como empresa. 1. Se solicita a la Convocante aclarar si implica que la experiencia debe ser en el mismo modelo de equipo ofertado o solo debe ser de la misma naturaleza?.- 2. Se solicita a la Convocante la exclusión este punto: Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscritos desde su existencia como empresa pues se vulnera el principio de igualdad de los oferentes en cuanto que a unos se les pide acreditar experiencia en los últimos 3 años y a otros con se les considerará menos años de antigüedad	03-11-2021	16:37:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
1-No se requiere que sea del mismo modelo de equipo que cotiza. Significa que, si cotiza por ejemplo Cama Manual, presente contratos que correspondan a ventas de Cama Manual. 2-Lo que se analiza en dicho punto es el volumen de facturación (50%) y no la cantidad de años, pues no se vulnera el principio de igualdad ya que en ambos casos deberá llegar a dicho porcentaje	09-11-2021	16:07:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: (0,10 %). Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de multa por cada día de atraso en la entrega de bienes adjudicados sea de 0,01%. Pedimos equidad y que el porcentaje sea el mismo al que es aplicado como se indica en caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: Cero coma cero uno por ciento (0,01 %) del monto en mora por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo.	03-11-2021	16:37:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se realizara modificaciones a dicho punto	09-11-2021	16:07:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante indicar quienes son los responsables para la firma del documento y el plazo de emisión de la misma. Solicitamos a la convocante incluya que la emisión del Acta de Recepción Definitiva sea al momento de la entrega del bien o en un plazo no mayor a 5 días calendario	03-11-2021	16:38:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:55:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante aclarar la Fórmula de reajuste, pues se encuentra incompleta.- Se sugiere cuanto sigue: Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ Donde: P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.	03-11-2021	16:39:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:08:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Otros criterios que la convocante requiera Pág 18, del PBC Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán: 5- Declaración Jurada de compromiso de presentar la garantía técnica de los bienes ofertados en caso de resultar adjudicado para la firma del contrato. Solicitamos a la convocante aclarar a que hace referencia O qué implica la garantía técnica de los bienes ofertados?	03-11-2021	16:39:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a la garantía que se solicita en las especificaciones técnicas de cada ítem.	09-11-2021	16:08:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 27 donde solicita calculo hemodinámico, solicitamos a la convocante aceptar equipos que presenta este parámetro como opcional, de esta manera permitir la participación de mayor cantidad de oferentes	03-11-2021	16:45:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:55:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Suministros y Especificaciones técnicas Pág 64 y 71, del PBC: Otros requerimientos: Garantía valida por 2 años contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, stock de repuestos y accesorios. La garantía debe cubrir, incluyendo mano de obra y repuestos necesarios, para el mantenimiento preventivo y correctivo recomendado por el fabricante en este intervalo de tiempo. Si el equipo es dañado por falta de mantenimiento preventivo, deberá ser sustituido por uno nuevo sin costo para la Convocante Solicitamos a la convocante aclarar si el tubo de rayos, detectores y transductores de los equipos de los ítems 17 y 20, también deberán tener una garantía de 2 años. Los mismos son considerados como materiales de desgastes y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante. Solicitamos a la convocante aclarar que la garantía no incluye los daños que pudieren sufrir los equipos por errores de utilización, golpes y/o desgastes natural.	03-11-2021	16:46:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, el tubo de rayos, detectores y transductores deben contar con la garantía de 2 años.	09-11-2021	16:26:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a donde se solicita "11. Puntos focales: Foco fino 0,8mm o menor, foco grueso 1,3mm." Esta plenamente demostrado en la práctica clínica que, los equipos portátiles de un solo punto focal presentan un rendimiento igual al de los equipos portátiles de 2 puntos focales. De esta manera, permitirían la participación de equipos con amplia experiencia en el mercado local e internacional, sin que vaya en detrimento de la calidad de la imagen, ya que, los tamaños o cantidades de puntos focales son características relacionadas a la fabricación de los equipos conforme a los lineamientos de cada empresa y no una característica que aporte mayor o menor valor clínico. Se sugiere indicar el parámetro de la siguiente manera: Foco fino de aprox. 0.6 mm y foco grueso de aprox. 1.2 mm. O un solo punto focal de 0.8 mm o menor	03-11-2021	16:53:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:09:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 25 Lámpara cialítica de pie, donde dice ensamblado en base de aluminio, se recomienda a la convocante aceptar ensamblado en base de aluminio o similar, esto permitira mayor participación de oferentes y no afecta al funcionamiento del equipo	03-11-2021	16:54:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:55:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ítem 25 Lámpara cialítica Donde solicita temperatura de color en el rango 4200 a 6000 grados Kelvin, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con temperatura de color con rangos de 4200 +/- 500 a 6000 +/- 500K, esto permitira mayor participación de oferentes además es temperatura suficiente para la reproducibilidad de colores	03-11-2021	16:59:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:10:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, en el apartado Suministros Requeridos solicitan Ítem 5 Bombas de Infusión a Jeringa, con tamaño erróneo de jeringa Solicitamos que: La convocante modifique dicho requisito quedando de la siguiente manera: sistema automático de captación de tamaño de jeringa	03-11-2021	17:02:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:56:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, en el apartado Suministros Requeridos solicitan Ítem 15 Alto Flujo, solicitan que: El equipo debe contar con monitoreo de al menos los siguientes parámetros: temperatura, humedad, flujo y concentración de oxígeno Solicitamos que la convocante modifique dicho requisito quedando de la siguiente manera: El equipo debe contar con monitoreo de al menos los siguientes parámetros: temperatura, humedad y concentración de oxígeno; y el flujo se verifique a través de un flujómetro calibrado que cumpla con todos los requisitos para su utilización en medicina, esto ayudaría a mejorar la relación costo/beneficio.	03-11-2021	17:03:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:10:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, en el apartado Suministros Requeridos solicitan Ítem 15 Alto Flujo, solicitan: Flujómetro integrado o externo para el control y ajuste de flujo de oxígeno de al menos 30 l/min. Solicitamos que la convocante modifique dicho requisito quedando de la siguiente manera: Flujómetro integrado o externo para el control y ajuste de flujo de oxígeno de al menos 60 l/min. Esto es atendiendo a que puede haber casos en donde el paciente requiera un flujo 60 l/min y una Oxigenación del 100 % y al tener delimitado la entrada del Oxígeno a 30 l/min el equipo no podrá llegar a un ALTO FLUJO del máximo permitido por el equipo con una oxigenación al 100% siempre será una mezcla entre Oxígeno y aire ambiente.	03-11-2021	17:03:35
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Con el flujometro de 60 l/min es menos preciso el control del flujo debido a que cuenta con pocas subdivisiones. Ajustarse al PBC.		09-11-2021	16:11:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Registro Sanitario para todos los items cotizados. Favor considerar la presentación del registro en trámites, ya que el inconveniente es de DINAVISIA en cuanto al tiempo en el que emiten el registro que muchas veces superan los 6 meses		03-11-2021	17:19:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		09-11-2021	16:11:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Monitor modular o preconfigurado, solicitamos considerar solo monitores del tipo modular, ya la diferencia en precios entre cotizar de un tipo con otro es importante. Además en esta especificación solicitan una especificación solo aplicable a monitor modulares, piden: Los monitores deben tener espacio o la posibilidad de instalar a futuro RACK o conexiones de acuerdo a la tecnología del fabricante para agregar otros cables o módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software		03-11-2021	17:25:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		10-11-2021	10:56:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Multi pantalla seleccionable; Pantalla estándar, Pantalla tendencia, Pantalla letra grande, Pantalla de vista dinámica OxyCRG y como OPCIONAL: Modo noche. Entendemos que OxyCRG corresponde a una marca, un modelo de un fabricante en particular, solicitamos aclarar este punto, e indicar que la misma sea considerada como opcional.		03-11-2021	17:27:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC. Existen varias marcas que cuentan con la opción de OxyCRG		09-11-2021	16:12:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta 1, Ítem 11: Central de Monitoreo Favor aclarar si la Central de Monitoreo debe incluir los 4 Monitores Multiparamétricos que mencionan en las Especificaciones Técnicas y cuáles serían las características requeridas para estos monitores. Consulta 2, Ítem 24: Incubadora de Terapia Intensiva En las Especificaciones Técnicas solicitan: El equipo deberá permitir realizar movimientos eléctricos integrales de Trendelemburg-Anti-Trendelemburg continuos, que permita llegar a un ángulo de +/-15° como mínimo. Solicitamos amablemente a la convocante que permita cotizar equipos que tengan estos movimientos de manera manual, quedando como opcional que los movimientos sean eléctricos Consulta 3, Ítem 40: Ventilador Pulmonar de alta complejidad En las Especificaciones Técnicas solicitan: Con compresor o turbina integrada o externa que permita el uso del equipo sin alimentación de aire comprimido de la red del hospital. En caso de ofertar compresor o turbina externa deberá incluir UPS Solicitamos amablemente a la convocante que esta característica sea OPCIONAL, para dar mayor participación a los oferentes y no aumentar mucho el costo del equipo y teniendo en cuenta que el Hospital cuenta con alimentación de aire comprimido. Consulta 4, Ítem 40: Ventilador Pulmonar de alta complejidad En las Especificaciones Técnicas solicitan: Ventilación no invasiva en neonatos y en pediatría con compensación de fugas de 70LPM o mayor. Solicitamos que el valor de compensación de fugas en Ventilación no invasiva sea de 50 LPM o mayor.		03-11-2021	17:28:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
1- Dirigirse a la Adenda N° 02. 2- Ajustarse al PBC. 3- Ajustarse al PBC. Se solicita el compresor en caso de alguna falla del aire comprimido del Hospital. 4- Ajustarse al PBC.		10-11-2021	10:57:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SOLICITAMOS CONSIDERAR AMPLIAR LA MEDIDA DE LA PANTALLA A 15 PULGADAS Y NO 12" YA QUE SON MUCHOS LOS PARÁMETROS A VERICAR AL MISMO TIEMPO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.		03-11-2021	17:28:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC. En las especificaciones técnicas se solicita de 12 como mínimo. Siempre y cuando el equipo cotizado cumpla con el despliegue de 8 curvas en simultáneo, se aceptarán monitores de mayor pulgada.		09-11-2021	16:12:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta 5, Ítem 40: Ventilador Pulmonar de alta complejidad En las Especificaciones Técnicas solicitan: Tiempo inspiratorio (seg). Límite inferior 0,15 menor y límite superior: 5 o mayor A modo de dar mayor participación a los oferentes, solicitamos que este rango sea modificado a 0.25 o menor y limite superior 15 o mayor Consulta 6, Ítem 40: Ventilador Pulmonar de alta complejidad En las Especificaciones Técnicas solicitan: Presión Soporte- PSV /cm H20). Límite inferior 0 y límite superior 70 o mayor A modo de dar mayor participación a los oferentes, solicitamos que este rango sea modificado a: Presión Soporte- PSV /cm H20). Límite inferior 0 y límite superior 60 o mayor Consulta 7, Ítem 40: Ventilador Pulmonar de alta complejidad En las Especificaciones Técnicas solicitan: Mecanismo de disparo o Trigger: seleccionable por presión o por flujo. Por presión deberá ser regulable de -0.1 o mayor a -15cm o menor (cmH2O) y por flujo: 0.1 o menor a 15 o mayor. (Límite inferior y límite superior respectivamente) Solicitamos que estos rangos sean los siguientes: Mecanismo de disparo o Trigger: seleccionable por presión o por flujo. Por presión deberá ser regulable de -0.25 o mayor a -10 cm o menor (cmH2O) y por flujo: 0.2 o menor a 9 o mayor. (Límite inferior y límite superior respectivamente) Además, un valor de sensibilidad de disparo por flujo mayor a 9 L/min no es utilizado en la práctica clínica.	03-11-2021	17:29:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
5- Ajustarse al PBC. 6- Ajustarse al PBC. 7- Ajustarse al PBC. 8- Al solicitar un ventilador de alta complejidad los rangos solicitados son más amplios.	09-11-2021	16:13:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VII. Gasto Cardíaco mínimamente invasivo por tecnología PICCO o no invasivo. CONSIDERAMOS QUE PICCO corresponde a la tecnología de un solo fabricante en particular. Solicitamos aclarar el punto y considerar a este especificación como OPCIONAL.	03-11-2021	17:30:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:58:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 4 puertas rebatibles a 180°, 2 de terapia intensiva con 2 portillos ovales cada una y dos puertas auxiliares para los procedimientos menores. SOLICITAMOS CONSIDERAR COTIZAR EQUIPOS CON 2 PUERTAS REBATIBLES A 180° PARA NO DIRIGIR A UNA SOLA MARCA: MEDIX EN SU MODELO NATAL CARE	03-11-2021	17:32:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:58:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: El equipo deberá permitir realizar movimientos eléctricos integrales de Trendelemburg-Anti-Trendelemburg continuos, que permita llegar a un ángulo de +/-15° como mínimo. FAVOR CONSIDERAR PODER COTIZAR CON MOVIMIENTOS EN UN ANGULO DE +/- 10°, DE MANERA A NO ORIENTAR A UNA SOLA MARCA: MEDIX MODELO NATAL CARE.	03-11-2021	17:34:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:13:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicita Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria EQUIPOS MEDICOS y/ o INSTRUMENTALES MEDICOS (El oferente (El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del bien que cotiza en esta contratación) mediante copias de contratos ejecutados y/o facturación de ventas y/o recepciones finales, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto ofertado. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa. deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del bien que cotiza en esta contratación). Solicitamos amablemente a la convocante que en la parte donde solicita "experiencia del bien que cotiza" cambie a experiencia en equipos biomédicos considerando que todos los ítems requerido son equipos biomédicos. Además de que en la manera que solicitan direcciona a que solamente ciertas empresas puedan cotizar algunos ítems,	03-11-2021	17:36:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC. Lo que se pretende con este requerimiento es que el proveedor cuente con experiencia específica en lo que comercializa ya que, si bien una cama y un ventilador pulmonar pertenecen a la familia de equipos biomédicos, la complejidad de ambos es diferente.	09-11-2021	16:16:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Ajuste de altura variable eléctricamente. Variación de 15cm o más. SOLICITAMOS CONSIDERAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL YA QUE ENCARECE EL PRECIO DEL EQUIPO INNECESARIAMENTE Y NO ES UNA ESPECIFICACION DE APLICACION AL PACIENTE.	03-11-2021	17:36:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:17:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice Ajuste de rampa, solicitamos que este punto sea opcional	03-11-2021	18:04:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:17:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice tiempo de uso mínimo 4 (cuatro) horas o más, solicitamos se acepten equipos tiempo de uso mínimo con batería de 3 (tres) horas o más	03-11-2021	18:05:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:17:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ventilación No Invasiva en neonatos y en pediatría con compensación de fugas de 70 LPM o mayor. Solicitamos amablemente modificar por Ventilación No Invasiva en neonatos y en pediatría con compensación de fugas de 60 LPM o mayor, considerando que en pacientes neonatales y pediátricos se usa compensación entre 4 y 15 lpm	03-11-2021	18:06:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:58:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Altura ajustable que cubra el rango 45cm o menor cm a 80 cm o mayor. (medido desde la plataforma de la cama al piso, sin colchón). Solicitamos diga: Altura ajustable que cubra el rango 45cm o menor cm a 70 cm o mayor. (medido desde la plataforma de la cama al piso, sin colchón).	03-11-2021	18:06:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:59:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Trendelemburg de 13° como mínimo y Trendelemburg inverso de 13° como mínimo, solicitamos diga Trendelemburg de 12° como mínimo y Trendelemburg inverso de 13° como mínimo	03-11-2021	18:07:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:59:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Altura máxima 75 cm Solicitamos diga: Altura máxima 70 cm o mayor. (medido desde la plataforma de la cama al piso, sin colchón).	03-11-2021	18:07:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:59:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Memoria para almacenar sucesos relacionados a al menos 150 pacientes. Solicitamos modificar por Memoria para almacenar al menos 150 eventos.	03-11-2021	18:08:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:18:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Flujo de Base (l/min). Limite inferior 0 o apagado. Limite superior 50 o mayor. Favor permitir equipos con Flujo de Base (l/min) Limite inferior 2.5. Limite superior 25 o mayor	03-11-2021	18:09:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:18:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En Datos Generales solicitan. Ventilador para pacientes adultos y pediátricos y en Accesorios solicitan Circuito reusable neonato, con todos sus accesorios. Cantidad: al menos 3(tres) por cada equipo o Circuito descartable neonato, con todos sus accesorios. Cantidad: al menos 20 (veinte) por cada equipo, recomendamos agregar en datos Generales que el equipo pueda ser utilizado con pacientes adulto, pediátricos y neonatales o modificar por Circuitos pediátricos	03-11-2021	18:10:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	10:59:58

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SpO2 Rango 0 a 100% solicitamos diga: SpO2 Rango 1 a 100%		03-11-2021	18:11:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		10-11-2021	11:00:13
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Marcapasos donde dice: Amplitud de 5mA a 200 mA, favor modificar por Marcapasos donde dice: Amplitud de 5mA a 140 mA o mejor		03-11-2021	18:14:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		09-11-2021	16:21:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta Para evitar confusiones, se solicita retirar de las especificaciones todas las solicitudes que tienen la palabra OPCIONAL		03-11-2021	18:26:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		10-11-2021	11:00:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta: Por definición de nebulización es el depósito de partículas aerosolizadas de 1 a 5µm de tamaño para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, favor aclarar si el sistema de nebulización debe ser electrónico debe cumplir con este rango del tamaño de partículas y que no debe modificar el volumen corriente del ventilador.		03-11-2021	18:27:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El sistema de nebulización debe estar incorporado al ventilador y ser electrónico		09-11-2021	16:21:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta: Favor aclarar si el modo de nebulización debe ser: Continua sin control del tiempo y por control y ajuste del tiempo de nebulización en la pantalla del ventilador con parada automática.		03-11-2021	18:28:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El modo de nebulización, debe poder configurarse con la inspiración por tiempo y posibilidad de parada sin control del tiempo.		09-11-2021	16:22:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta: No todos los ventiladores utilizan Sensor de flujo neonatal proximal. Está directamente relacionado a la precisión del sensor de flujo utilizado. Se solicita que diga sensor de flujo neonatal proximal si el equipo lo necesita para ventilar neonatos.		03-11-2021	18:28:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		10-11-2021	11:01:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta: En las especificaciones se solicita: ...soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes adulto, pediátrico y neonatales con capacidad para ventilar pacientes desde 500 grs.... Debido a que la relación ml/kg no es la misma en cada UCIN, se solicita que se especifique el volumen corriente mínimo que debe poder proporcionar el ventilador. Para neonatos de pretérmino se recomienda desde 2mL. Para neonatos de peso normal desde 10mL. Favor especificar claramente.		03-11-2021	18:28:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En Controles se encuentran detallados los rangos solicitados para el ventilador.		09-11-2021	16:22:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta Generalmente los ventiladores de transporte tienen válvula espiratoria externa. Favor solicitamos que la válvula exhalatoria sea interna al equipo.		03-11-2021	18:29:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		10-11-2021	11:01:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta Se consulta si el equipo debe poseer Pausa inspiratoria y Pausa espiratoria de 0 a 30seg, ajustable por el usuario.		03-11-2021	18:29:43

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán equipos con dicha función.	09-11-2021	16:22:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta En una parte APRC/Bifásico. OPCIONAL y en otra solicitan Belevel (Ventilación bifásica con dos niveles de presión y asistencia por presión adicional). Ambos modos de ventilación son la misma cosa. Favor confirmar si solicitan o no APRC/Bifásico que es igual a Bilevel. Favor verificar y corregir.	03-11-2021	18:30:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:01:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta La modalidad TCPL, nTCPL es una modalidad ventilatoria obsoleta, no se usa más. Solamente el ventilador Vyaire CareFusion modelo AVEA lo mantiene. Actualmente se utiliza la modalidad Control por Presión, que es muy superior a TCPL porque el ventilador controla la Presion inspiratoria. En la modalidad TCPL la presión inspiratoria no se controla solamente la limita y depende del flujo programado para alcanzar la presión seleccionada. Solicitamos colocar TCPL o mejor de forma a no dirigir las especificaciones al ventilador AVEA.	03-11-2021	18:30:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:01:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Los modos ventilatorios son muy confusos, porque, una parte usan siglas utilizadas en un ventilador AVEA y otras usan siglas de un ventilador DRAGER. Recomendamos no utilizar siglas y si explicar las modalidades para que sean claras para todos: Para Ventilacion Invasiva (VI): -Control por Presión (PC) -Control por Volumen (VC) -Presión Regulada con Control del Volumen o Volumen Objetivo con Presión Regulada (PRVC). -SIMV con Presión Soporte -CPAP con Presión Soporte Para Ventilacion No Invasiva (VNI): - Ventilación No Invasiva por Presión Control. -Ventilación No Invasiva por Presión Soporte. -CPAP Nasal. Favor verificar y retirar las siglas innecesarias que sólo confunden.	03-11-2021	18:30:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:02:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes de ventiladores que disparan con flujo, utilizan Litros/min como parámetro de referencia. También se utiliza el porcentaje de flujo base. Luego, como nuestro ventilador controla sensibilidad de disparo por porcentaje del flujo. Se solicita que se pueda cotizar disparo o trigger por flujo: 0.1 o menor a 15 o mayor. (Límite inferior y límite superior respectivamente) o por porcentaje del flujo base o bias flow.	03-11-2021	18:30:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:02:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe contar con pre oxigenación y post oxigenación ajustables para procedimiento de aspiración.	03-11-2021	18:31:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:03:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el humidificador debe incluir los sensores de temperatura para la cámara y para el circuito y si debe tener el cable conector para uno o dos alambres calientes para circuitos descartables.	03-11-2021	18:31:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, debe contar con todos los accesorios necesarios para el control de Humidificación.	09-11-2021	16:23:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la máscara total fase para VNI debe ser reutilizable y autoclavable.	03-11-2021	18:31:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:03:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA Se solicita que la solicitud diga: Filtro de bacterias reusable. Cantidad: al menos 3(tres) por cada equipo o Filtro de bacterias descartable. Cantidad: al menos 20 (veinte) por cada equipo, si el equipo lo requiere para ventilar el rango solicitado.	03-11-2021	19:15:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los filtros solicitados son para la rama axhalatoria	09-11-2021	16:24:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Por definición de nebulización es el depósito de partículas aerosolizadas de 1 a 5um de tamaño para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, favor aclarar si el sistema de nebulización debe ser electrónico debe cumplir con este rango del tamaño de partículas y que no debe modificar el volumen corriente del ventilador agregando flujo adicional. Favor especificar la cantidad de nebulizadores electrónicos solicitados, se recomienda 5 unidades como mínimo.	03-11-2021	19:15:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Ventilador Pulmonar debe tener incorporado el sistema de nebulización.	09-11-2021	16:24:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Suministros y Especificaciones técnicas Pág 64 y 71, del PBC: Otros requerimientos: Garantía valida por 2 años contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, stock de repuestos y accesorios. La garantía debe cubrir, incluyendo mano de obra y repuestos necesarios, para el mantenimiento preventivo y correctivo recomendado por el fabricante en este intervalo de tiempo. Si el equipo es dañado por falta de mantenimiento preventivo, deberá ser sustituido por uno nuevo sin costo para la Convocante.Solicitamos a la convocante:Aclarar si el tubo de rayos, detectores y transductores de los equipos de los ítems 17 y 20, también deberán tener una garantía de 2 años. Los mismos son considerados como materiales de desgastes y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante. Aclarar que la garantía no incluye los daños que pudieren sufrir los equipos por errores de utilización, golpes y/o desgastes natural. En relacion al párrafo Si el equipo es dañado por falta de mantenimiento preventivo, deberá ser sustituido por uno nuevo sin costo para la Convocante. Solicitamos que sea sustituido por otro equipo de similares características pero solo durante el tiempo que tome la reparación del equipo.	03-11-2021	19:19:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, el tubo de rayos, detectores y transductores deben contar con la garantía de 2 años.	09-11-2021	16:26:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que se solicitan circuitos pacientes neonatales y circuitos pacientes pediátricos y adultos, se solicita que el rango de volumen sea de Volumen corriente (ml). Límite inferior 20 o menor. Límite superior 2000 o mayor.	03-11-2021	19:21:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:03:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el flujo base se refiere al ajuste de flujo en Alto flujo. Consideramos que si el ventilador es pediátrico/adulto, el flujo base debe ser ajustable de 0 a 60L/min. Favor verificar.	03-11-2021	19:21:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC. En las especificaciones técnicas se solicita: Flujo Base (l/min). Límite inferior 0 o apagado. Límite superior 50 o mayor.	09-11-2021	16:28:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Por definición de nebulización es el depósito de partículas aerosolizadas de 1 a 5um de tamaño para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, favor aclarar si el sistema de nebulización debe ser electrónico debe cumplir con este rango del tamaño de partículas y que no debe modificar el volumen corriente del ventilador agregando flujo adicional. Favor especificar la cantidad de nebulizadores electrónicos solicitados, se recomienda 5 unidades como mínimo.	03-11-2021	19:21:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Ventilador Pulmonar debe tener incorporado el sistema de nebulización	09-11-2021	16:29:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En el ítem 40 la compensación automática de caída de presión en tubo endotraqueal o ATC es considerada OPCIONAL. Por lo tanto, solicitamos que este ítem también lo sea porque dirige las especificaciones.	03-11-2021	19:22:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:04:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA En el ítem 40 VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD se solicita solamente Relación I:E, pero en el ítem 42 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD se solicita una relación I:E de 5:1 - 1:9,9 o mejor. Se solicita si se puede cotizar ventilador con relación I:E de 4:1 y 1:9,9.	03-11-2021	19:23:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:04:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes de ventiladores que disparan con flujo, utilizan Litros/min como parámetro de referencia. También se utiliza el porcentaje de flujo base. Luego, como nuestro ventilador controla sensibilidad de disparo por porcentaje del flujo. Se solicita que se pueda cotizar disparo o trigger por flujo: 0.1 o menor a 15 o mayor. (Límite inferior y límite superior respectivamente) o por porcentaje del flujo base o bias flow.	03-11-2021	19:23:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:04:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta En el ítem 40 se solicita compensación de fugas de 70LPM. Se solicita mantener este criterio siendo que ambos ventiladores serán utilizados en la misma terapia intensiva.	03-11-2021	19:23:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC. El mencionado ítem corresponde a Ventilador de Alta Complejidad, por lo que se establece una medida mayor.	09-11-2021	16:32:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la autonomía de 2 horas debe incluir la turbina o compresor, similar a lo solicitado en el ítem 42.	03-11-2021	19:24:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, la autonomía de 2 horas debe incluir la turbina o compresor.	09-11-2021	16:32:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el humidificador debe incluir los sensores de temperatura para la cámara y para el circuito y si debe tener el cable conector para uno o dos alambres calientes para circuitos descartables.	03-11-2021	19:24:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Debe incluir los sensores de temperatura, se aceptarán en una o ambas ramas de alambre caliente para circuitos.	09-11-2021	16:32:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que la solicitud diga: Filtro de bacteria reusable. Cantidad: al menos 3(tres) por cada equipo o Filtro de bacterias descartable. Cantidad: al menos 20 (veinte) por cada equipo, si el equipo lo requiere para ventilar el rango solicitado.	03-11-2021	19:25:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los filtros solicitados son para la rama axhalatoria	09-11-2021	16:33:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se especificó la cantidad de sensores de flujo proximales descartables que se deben incluir para cada circuito paciente.	03-11-2021	19:25:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí se especifica. Se solicitan 20 unidades en caso de que sean descartables.	09-11-2021	16:35:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Los modos ventilatorios son muy confusos, porque usan siglas confusas. Se recomienda no utilizar siglas y si explicar las modalidades para que sean claras para todos: Para Ventilación Invasiva (VI): -Control por Presión (PC) -Control por Volumen (VC) -Presión Regulada con Control del Volumen o Volumen Objetivo con Presión Regulada (PRVC). -SIMV con Presión Soporte -CPAP con Presión Soporte Para Ventilación No Invasiva (VNI): -Ventilación No Invasiva por Presión Control. - Ventilación No Invasiva por Presión Soporte. - Ventilación No Invasiva por Alto flujo Favor verificar y retirar las siglas innecesarias que sólo confunden.	03-11-2021	19:25:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:36:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde se solicita "Altura de la columna durante el transporte de 200 mm o menos". Se solicita a la convocante la aclaración o corrección de este apartado. La altura de la columna durante el transporte no puede ser de 200 mm o menos. 200 mm son solamente 20 cm. Se sugiere colocar el presente punto como Altura de la columna durante el transporte menor a 1400 m, de manera a asegurar un fácil transporte con una visibilidad adecuada.	03-11-2021	19:31:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:05:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Altura del foco con respecto al piso de 200 mm o menos al menos 2100 mm con posibilidad de ser movido en todas las direcciones". Se solicita a la convocante la modificación/aclaración de este enunciado. Aclarar si se refiere a la altura mínima y máxima que puede ubicarse el foco. El enunciado genera confusión. Se sugiere colocar el presente punto como Altura del punto focal con respecto al piso de 450 mm o menor y 1800 mm o mayor, de manera a brindar una versatilidad adecuada en el movimiento del soporte del tubo a la hora de realizar las diversas proyecciones en la toma de imágenes.	03-11-2021	19:32:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:05:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Rotación de la columna portatubo \pm 180 grados o mejor". Las columnas portatubo rotantes son característicos de equipos con brazos telescópicos. Se solicita a la convocante la remoción de este apartado o que el mismo sea opcional, debido a que esta característica se encuentra asociada al modelo del equipo y/o fabricación cuya funcionalidad clínica puede ser perfectamente cubierta con características de movilidad inherentes al equipo en sus demás funcionalidades móviles y, de mantener el requerimiento, limitarían la participación de distintos oferentes cuya calidad en el equipo no se encuentra limitada por esta condición. Cabe destacar que las certificaciones de Comunidad Europea (CE) o FDA, garantizan las funcionalidades para potenciales imágenes requeridas. Se sugiere agregar al presente enunciado la opción o brazo contrabalaceado, ya que esta característica brinda los siguientes beneficios: o Mayor versatilidad en movimiento o Mayor capacidad de alcanzar cualquier proyección y numerosas tomas desde cualquier ángulo o Equipo más compacto, que permite un traslado cómodo y seguro del equipo.	03-11-2021	19:32:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:36:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Rotación de tubo alrededor de su eje +102 grados min., -40 grados max. o mejor". Se solicita a la convocante la modificación de este parámetro de la siguiente manera +/- 102 grados min; -30 grados o más. Aclarar que es mejor, si es mayor o menor considerado como mejor.	03-11-2021	19:33:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:06:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Potencia eléctrica nominal 30kW o mayor". Se sugiere asignar un valor de 20 kW o mayor, ya que la potencia requerida (30 kW) supera las características habituales de equipos de porte analógico. Así mismo, la eficiencia en la propia fabricación de los generadores permite entregar la misma cantidad de energía con una menor potencia en el generador, traduciéndose ello en un mayor ahorro de energía sin que esto implique una reducción en la calidad de la imagen o prestaciones del equipo.	03-11-2021	19:34:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:06:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Potencia eléctrica nominal 30kW o mayor". Se sugiere asignar un valor de 20 kW o mayor, ya que la potencia requerida (30 kW) supera las características habituales de equipos de porte analógico. Así mismo, la eficiencia en la propia fabricación de los generadores permite entregar la misma cantidad de energía con una menor potencia en el generador, traduciéndose ello en un mayor ahorro de energía sin que esto implique una reducción en la calidad de la imagen o prestaciones del equipo.	03-11-2021	19:34:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:06:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Rango de mA de 50 mA o menor a 400 mA o mayor" Para obtener una imagen se setean dos valores principalmente (kV y mAs). Todos los fabricantes traen una combinación de ambos para obtener la mejor calidad de imagen posible. Se solicita a la convocante modificar mA por mAs.	03-11-2021	19:35:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:06:58
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Potencia eléctrica nominal 30kW o mayor". Se sugiere asignar un valor de 20 kW o mayor, ya que la potencia requerida (30 kW) supera las características habituales de equipos de porte analógico. Así mismo, la eficiencia en la propia fabricación de los generadores permite entregar la misma cantidad de energía con una menor potencia en el generador, traduciéndose ello en un mayor ahorro de energía sin que esto implique una reducción en la calidad de la imagen o prestaciones del equipo.	03-11-2021	19:36:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:07:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Tiempo de disparo de 0,001 seg o menor y 2 seg o mayor". Se solicita a la convocante ampliar el rango de tiempo de exposición de 0.004 seg o menor a 2 segundos o mayor. Ya que esta modificación no representa un impacto significativo en el flujo operativo ni en la dosis sugerida para los procedimientos con equipos de este porte. Y permitiría la participación de una mayor cantidad de oferentes.	03-11-2021	19:36:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:36:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Rango de Kilovoltios de 45 kV o menor a 125 kV o mayor en pasos de no mayor a 1 kV". Los equipos portátiles de los fabricantes más conocidos manejan de 40 a 130 kV. Estos permiten realizar todo tipos de estudios y obtener excelentes contrastes y calidad de imagen. Por lo tanto, se solicita la modificación de este parámetro para la participación de una mayor cantidad de oferentes.	03-11-2021	19:37:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:37:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Frecuencia de 40 kHz o mayor". Se solicita a la convocante solicitar que la frecuencia del equipo este acorde a la tecnología propia de cada fabricante. Cada casa comercial diseña sus sistemas de RX portátiles con una frecuencia propia de generador para un funcionamiento óptimo del equipo y un proceso correcto de obtención de imagen.	03-11-2021	19:38:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:37:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "10. Ánodo giratorio de 3000 rpm o mayor". Se solicita a la convocante la modificación de este parámetro que sea de 2500 rpm o mayor. Cabe destacar que este parámetro se encuentra asociado a los valores/ características indicados por cada fabricante que, a su vez, garantizan la calidad de las prestaciones del equipo fabricado. Cada fabricante determina sus valores óptimos de trabajo dependiendo del material/tecnología utilizado/a para el ánodo y la capacidad calórica del mismo.	03-11-2021	19:38:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:07:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Corriente máxima del tubo de 400 mA o mayor". Se solicita a la convocante sean aceptados valores de corriente máxima de 300 mA o mayor. Con la tecnología propia de los equipos portátiles actuales, así como una correcta selección de los valores de kV y mAs, no se hace necesario poseer valores de corrientes tan elevados en el proceso de obtención de imágenes de excelente calidad y resolución.	03-11-2021	19:39:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:08:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Foco luminosa temporizada 30 s". Se sugiere a la convocante que la opción temporizada sea opcional o eliminarlo. Muchos equipos de altas prestaciones presentan este funcionamiento de forma manual (el operador enciende el campo de colimación, realiza la exposición y posteriormente apaga el campo)	03-11-2021	19:40:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:08:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Técnicas Anatómicas Programables". Al ser un equipo analógico las técnicas y configuración de los parámetros de exposición se realizan de forma manual y son dependientes de un operador. Por ende, se solicita colocar el presente ítem como opcional o eliminarlo. Las programaciones anatómicas son características propias de los equipos digitales (Programa de órganos), no así de los equipos analógicos.	03-11-2021	19:41:10

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:08:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Tiempo de exposición 1ms a 2,5seg o superior". Se solicita a la convocante modificar el rango de tiempo de exposición de 0.004 s a 8 segundos o menor. Ya que esta modificación no representa un impacto significativo en el flujo operativo ni en la dosis sugerida para los procedimientos con equipos de este porte.	03-11-2021	19:41:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:37:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Panel de Comando táctil (touch screen) para ajuste de KV, mA, tiempo, mAs.". Se solicita a la convocante la modificación de este apartado o que el mismo sea opcional. Existen equipos de altas prestaciones que tienen paneles de comando con botones. La modificación de este parámetro no influye en las prestaciones clínicas y/o calidad de imagen que brinda un equipo.	03-11-2021	19:42:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:09:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Capacitación a usuarios sobre el funcionamiento del equipo y capacitación técnica al personal del electromedicina". Se solicita a la convocante aclarar cuantas horas de capacitación se necesita.	03-11-2021	19:43:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:09:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
tem 42 Ventilador Pulmonar de mediana complejidad Donde dice Relacion I:E. de 5:1 - 1:99 o mejor, Solicitamos a la convocante aceptar equipos con relación I:E 4:1-1:10 ya que la presente solicitud hace referencia a una marca específica. Valores como 1:99 no son aplicables a la ventilacion mecanica objetiva.	03-11-2021	21:01:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:10:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
tem 42 Ventilador Pulmonar de mediana complejidad Donde dice "Flujo inspiratorio l/min. limite inferior 0, limite superior 200 o mayor". Favor considerar limite superior de 120 l/min. La mencionada especificacion corresponde a una marca especifica.	03-11-2021	21:04:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:10:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
item 14 Desfibrilador. Donde dice "memoria para almacenar sucesos relacionados a al menos 150 pacientes" tenga bien considerar capacidad de almacenamiento de al menos 100 pacientes. Consideramos que esta cantidad es mas que suficiente para el uso que se le da donde muy pocas veces se recurre a revisar sucesos de los pacientes.	03-11-2021	21:07:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:10:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección de Experiencia Requerida para evaluar el presente criterio solicitan: Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria EQUIPOS MEDICOS y/o INSTRUMENTALES MEDICOS (El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del bien que cotiza en esta contratación) mediante copias de contratos ejecutados y/o facturación de ventas y/o recepciones finales, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto ofertado. Solicitamos a la Convocante ampliar dicho requisito a Dispositivos Médicos, por lo cual solicitamos que el mismo se considere de dicha manera: Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria en DISPOSITIVOS MEDICOS (El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del bien que cotiza en esta contratación) mediante copias de contratos ejecutados y/o facturación de ventas y/o recepciones finales, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto ofertado. De dicha manera la convocante contaría con más ofertas susceptibles de adjudicación.	03-11-2021	22:02:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:11:02

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La convocante en el Punto 6 solicita: Certificación emitida por el fabricante o representante de que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y no remanufacturado o reacondicionado. Consultamos a la convocante si dicho documento cuando el oferente es representante de un producto importado, podrá ser reemplazado con una declaración Jurada? Ya que de esta forma el oferente queda comprometido a ofertar equipos nuevos, sin usos y no remanufacturado o reacondicionado	03-11-2021	22:03:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:40:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Atendiendo el mantenimiento de la vena permeable (vena abierta) kvo, se realiza a una muy baja velocidad. Solicitamos a la convocante la disminución en valores de como mínimo 5 ml/h. Quedando de la siguiente manera: Sistema de vena abierta (KVO). Programación de 0.0 (desconectado) a 5 ml/h como mínimo.	03-11-2021	22:04:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:41:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 5 – Bomba de infusión a jeringa a Gs 8.800.000, atendiendo las Especificaciones Técnicas solicitadas y teniendo en cuenta que los costos de importación actualmente fueron incrementados a raíz de la pandemia del covid-19.	03-11-2021	22:05:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:12:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita: Frecuencia respiratoria (rpm). Límite inferior 0,5 o menor. Límite superior 150 o mayor. Un límite inferior de 0,5rpm no es fisiológico para un neonato o lactante que generalmente presentan frecuencias respiratorias altas, por lo tanto y para no dirigir las especificaciones solicitamos que: la Frecuencia respiratoria (rpm). Límite inferior 4 o menor. Límite superior 150 o mayor.	03-11-2021	23:03:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:12:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita: Frecuencia respiratoria durante la ventilación en apnea (rpm). Límite inferior 2 o menor. Límite superior 150 o mayor. Un límite inferior de 2rpm no es fisiológico para un neonato o lactante que generalmente presentan frecuencias respiratorias altas, por lo tanto y para no dirigir las especificaciones solicitamos que: la Frecuencia respiratoria durante la ventilación en apnea (rpm). Límite inferior 4 o menor. Límite superior 150 o mayor.	03-11-2021	23:03:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:12:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita: Limitación de presión (mbar). Límite inferior 2 o menor. Límite superior 100 o mayor. Un límite inferior de 2 mbar no tiene sentido y no es fisiológico para un neonato o lactante, por lo tanto y para no dirigir las especificaciones solicitamos que la alarma de límite de presión con un rango de 16cmH2O a 90cmH2O o mejor rango.	03-11-2021	23:04:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:42:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes expresan el Tiempo de aumento de la presión o Rampa en segundos (s), también se puede expresar en porcentaje (%) de la duración del ciclo respiratorio. Solicitamos que esta solicitud diga: Tiempo de aumento de la presión o Rampa (s). Límite inferior 0. Límite superior 2 o mayor o de 0 a 30% de la duración del ciclo respiratorio.	03-11-2021	23:04:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:13:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta: Por definición de nebulización es el depósito de partículas aerosolizadas de 1 a 5µm de tamaño para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, favor aclarar si el sistema de nebulización debe ser electrónico debe cumplir con este rango del tamaño de partículas y que no debe modificar el volumen corriente del ventilador agregando flujo adicional. Favor especificar la cantidad de nebulizadores electrónicos solicitados, se recomienda 5 unidades como mínimo.	03-11-2021	23:04:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Ventilador Pulmonar debe tener incorporado el sistema de nebulización.	09-11-2021	16:42:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes de ventiladores que disparan con flujo, utilizan Litros/min como parámetro de referencia. También se utiliza el porcentaje de flujo base. Luego, como nuestro ventilador controla sensibilidad de disparo por porcentaje del flujo. Se solicita que se pueda cotizar disparo o trigger por flujo: 0.1 o menor a 15 o mayor. (Límite inferior y límite superior respectivamente) o por porcentaje del flujo base o bias Flow y con trigger de presión de -1 a -20 cmH2O o mejor.	03-11-2021	23:04:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:13:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En el ítem 40 la compensación automática de caída de presión en tubo endotraqueal o ATC es considerada OPCIONAL. Por lo tanto, solicitamos que este ítem también lo sea porque dirige las especificaciones.	03-11-2021	23:05:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:38:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita: Terapia de O2: Flujo continuo de 2 l/min a 50 l/min o mayor. Concentración de FiO2 del 21 al 100 % vol. Un flujo de 50LPM no es fisiológico en un neonato o lactante, es muy alto. Se solicita que: Terapia de O2: Flujo continuo de 1 l/min a 30 l/min o mejor rango con Concentración de FiO2 del 21 al 100 %.	03-11-2021	23:05:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:14:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor considerar la solicitud: Ventilación controlada por presión para garantizar un volumen minuto mandatorio (PC-MMV) como OPCIONAL porque dirige las especificaciones al Dräger Babylog VN500	03-11-2021	23:05:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:44:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes poseen suspiro en alta frecuencia, generalmente lo poseen los ventiladores basados en sistema Venturi y no todos utilizan Venturi para hacer alta frecuencia. Favor considerar esta solicitud opcional de forma a no limitar los oferentes.	03-11-2021	23:05:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:45:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que - Rango -60 a 120 mbar (o hPa o cmH2O) sea considerado OPCIONAL porque no se relaciona con nada y no tiene sentido.	03-11-2021	23:06:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:14:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo también debe presentar los lazos espirométricos de Presión/Flujo y Volumen/Flujo	03-11-2021	23:06:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán equipos que cuenten con lazos espirométricos.	09-11-2021	16:46:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTAS En la mediciones de volumen minuto y medición de volumen tidal, algunos parámetros se solicitan con corrección y de fugas y otros sin corrección de fugas. Estas solicitudes sin sentido dirigen las especificaciones. Se solicita que se retiren las solicitudes sin corrección de fugas y con corrección de fugas. De lo contrario se dirigen las especificaciones al modelo Drager Babylog VN500	03-11-2021	23:06:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:14:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTAS En las mediciones de volumen minuto solicitamos que se midan: Volumen minuto inspirado, volumen minuto espirado y volumen minuto espirado espontaneo. De lo contrario se dirigen las especificaciones al modelo Drager Babylog VN500	03-11-2021	23:07:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:15:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTAS En la mediciones de volumen tidal solicitamos que se midan: Volumen tidal inspiratorio, Volumen tidal espiratorio y Flujo espiratorio final. De lo contrario se dirigen las especificaciones al modelo Drager Babylog VN500	03-11-2021	23:07:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:15:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTAS En la mediciones de: Medición de frecuencia respiratoria solicitamos que se midan: Frecuencia respiratoria, frecuencia respiratoria espontanea. De lo contrario se dirigen las especificaciones al modelo Drager Babylog VN500	03-11-2021	23:07:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:16:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que las solicitudes: Duración de PEEP intermitente de 1 a 20 ciclos espiratorios y Volumen minuto de fugas (VMfuga) de 0 a 30 l/min sean considerados OPCIONALES porque solo atendería el modelo Drager Babylog VN500	03-11-2021	23:07:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:16:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que donde dice: Relación I:E. De 1:300 a 600:1 o mejor rango, Concentración de O2 inspirado Del 21 al 100 %, Compliancia dinámica de 0 a 100 ml/mbar (o ml/hPa o ml/cmH2O), Elastancia (E) de 0 a 9999 mar/l, Resistencia (R) de 0 a 1000 mbar/l/s, Resistencia en las vías aéreas del paciente (Rpac) de 0 a 1000 mbar/l/s, Volumen minuto de fugas (VMfuga) de 0 a 30 l/min, Fugas en % de 0 a 100 %, Índice de respiración rápida y superficial (RSBI) de 0 a 9999 (/min/L), no se coloquen valores específicos a los parámetros medidos, y se soliciten solamente los parámetros que se quieran medir y diga: Relación I:E, Concentración de O2 inspirado, Compliancia dinámica, Elastancia (E), Resistencia (R), Resistencia en las vías aéreas del paciente, Fugas en %, Índice de respiración rápida y superficial (RSBI) porque de lo contrario se dirige las especificaciones al modelo Drager Babylog VN500.	03-11-2021	23:08:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante considera necesario determinar los rangos de manera a cubrir con todos los requerimientos de ventilación sin límites, atendiendo los diferentes tipos de pacientes que podrían utilizarlo.	09-11-2021	16:47:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que: Duracion de PEEP intermitente de 1 a 20 ciclos espiratorios y Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por al menos 31 días y 5000 entradas de registros sea OOPCIONAL porque está dirigida al modelo Drager Babylog VN500.	03-11-2021	23:08:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:17:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Considerar las solicitudes Perilla selectora para ajuste de valores de los parámetros de control y Puertos de entrada y salida a través de tres conectores RS 232 C, cuatro puertos USB y un puerto LAN porque no todos los ventiladores poseen perillas, algunos son touchscreen y no todos tienen puertos RS232	03-11-2021	23:08:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:17:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Donde dice Se deberán incluir 2 (dos) conjuntos de válvula exhalatoria reutilizable y esterilizable, se solicita que diga: Se deberán incluir 2 (dos) conjuntos de válvula exhalatoria reutilizable y esterilizable si el equipo lo necesita para funcionar.	03-11-2021	23:09:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:18:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se solicitan cuantos circuitos se necesitan para ALTA FRECUENCIA, favor especificar la cantidad. Se recomienda mínimo 10 unidades de circuitos descartables.	03-11-2021	23:09:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:18:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde solicitan: Tendencia gráfica de cardiorespirograma, aclarar que se podrá observar esta tendencia si el monitor conectado a la central cuenta con esta opción.	03-11-2021	23:15:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:18:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Generales Compuesta por: una central de monitoreo con impresora, 04 monitores multiparamétrico cada uno conectados a la central mediante cable, considerando el monto del valor referencial asignado a cada central, sería imposible incluir cuatro monitores multiparamétricos conectados. Por favor aclarar si lo que debe proveerse es la conexión para los mencionados monitores.	03-11-2021	23:15:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:19:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Generales Compuesta por: una central de monitoreo con impresora, 04 monitores multiparamétrico cada uno conectados a la central mediante cable, considerando el monto del valor referencial asignado a cada central, sería imposible incluir cuatro monitores multiparamétricos conectados. Por favor aclarar si lo que debe proveerse es la conexión para los mencionados monitores.	03-11-2021	23:16:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:19:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde solicitan: Deberá presentar carta garantía original del fabricante del bien ofertado, considerando que la mayoría de los fabricantes otorgan certificados de garantía por un año y el requerimiento de esta licitación son dos años de garantía, solicitamos se puedan presentar carta garantía del proveedor local.	03-11-2021	23:17:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:20:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Manuales originales de operación y de servicio se deben entregar con el equipo, impresos o en soporte electrónico y en español. En la mayoría de los casos los manuales de servicio vienen en inglés y es muy difícil realizar una traducción fidedigna por traductor público matriculado por los términos técnicos, por favor permitir que se entreguen: Manuales originales de operación en español y de servicio en español o inglés.	03-11-2021	23:17:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:20:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde solicitan: Registro Sanitario para todos los items cotizados, solicitamos se puedan cotizar central de monitoreo con mesa de entrada de solicitud de registro sanitario, considerando que el registro es para la importación y comercialización de los equipos y recién al término de la licitación se sabrá si debemos proveer el equipo.	03-11-2021	23:17:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:20:58

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde solicitan: Memoria para almacenar sucesos relacionados a al menos 150 pacientes. Solicitamos se puedan ofertar equipos con almacenamiento de 50 resúmenes de eventos, que incluyen más información que solo el evento en sí.	03-11-2021	23:18:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:21:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Límite superior: 270 Joules o mayor, considerando que solicitan forma de onda bifásica, respetuosamente nos permitimos señalar que 270 Joules (en dos direcciones) es peligroso para la vida del paciente, por lo que solicitamos se puedan cotizar equipos con Límite superior: 200 Joules.	03-11-2021	23:18:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:50:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde piden: Amplitud: de 5 mA a 200 mA, solicitamos se puedan cotizar equipos con amplitud de 10 mA a 200 mA, considerando que un valor tan bajo no hace ninguna diferencia en la funcionalidad del marcapasos.	03-11-2021	23:18:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:21:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Monitor de alta resolución del tipo LED FULL HD de 21 con tecnología IPS como mínimo. Solicitamos modificar este requerimiento por: Monitor de alta resolución del tipo LCD de al menos 21", de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	03-11-2021	23:19:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:22:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde solicitan: Deberá presentar carta garantía original del fabricante del bien ofertado, considerando que la mayoría de los fabricantes otorgan certificados de garantía por un año y el requerimiento de esta licitación son dos años de garantía, solicitamos se puedan presentar carta garantía del proveedor local.	03-11-2021	23:19:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:22:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Manuales originales de operación y de servicio se deben entregar con el equipo, impresos o en soporte electrónico y en español. En la mayoría de los casos los manuales de servicio vienen en inglés y es muy difícil realizar una traducción fidedigna por traductor público matriculado por los términos técnicos, por favor permitir que se entreguen: Manuales originales de operación en español y de servicio en español o inglés.	03-11-2021	23:19:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará Manuales originales de operación en español y de servicio en español o inglés.	09-11-2021	16:51:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Resolución de pantalla de 1920 x 1080 de 32 bits o superior. Solicitamos modificar este requerimiento por: Resolución de pantalla de 1920 x 1080 o superior.	03-11-2021	23:19:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:23:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde solicitan: Rango de medición de 15 a 350 BPM, solicitamos se puedan ofertar monitores con rango de medición de 15 a 300 BMP considerando que 300 es un valor más que suficiente para la medición de frecuencia cardiaca.	03-11-2021	23:20:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:23:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan: Pantalla táctil del tipo capacitivo para mayor tiempo de respuesta de los controles del usuario. Sugerimos modificar este requerimiento por: Panel táctil de alta resolución de 10.4 como mínimo	03-11-2021	23:20:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:51:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Resolución de medición de 10 a 270 mmHg, solicitamos respetuosamente se corrija esta especificación a Resolución de 1 mmHg	03-11-2021	23:20:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:23:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Teclado alfanumérico para carga de datos del paciente. Sugerimos modificar este requerimiento por: Teclado alfanumérico integrado al tablero de control con interfaz en español.	03-11-2021	23:20:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que el teclado alfanumérico podrá ser cotizado integrado o no al equipo, indistintamente.	09-11-2021	16:53:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la unidad médica como una futura actualización con central de monitoreo, considerando que estos monitores no serán conectados a una central, solicitamos se considere este punto como opcional.	03-11-2021	23:20:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC. Los monitores serán conectados, en un futuro, a una central de monitoreo, debido a eso se solicita dicha característica.	09-11-2021	16:53:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Carro de transporte regulable en altura y que permita movimiento lateralmente para mayor confort del usuario. Sugerimos modificar este requerimiento por: Panel del operador con Altura regulable.	03-11-2021	23:21:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:24:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la unidad médica como una futura actualización con central de monitoreo, considerando que estos monitores no serán conectados a una central, solicitamos se considere este punto como opcional.	03-11-2021	23:21:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC. Los monitores serán conectados, en un futuro, a una central de monitoreo, debido a eso se solicita dicha característica.	09-11-2021	16:56:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Rango dinámico del sistema de 300 dB o mejor. Solicitamos modificar este requerimiento por: Rango dinámico del sistema de 270 dB o mejor "", de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	03-11-2021	23:21:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:24:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Manuales originales de operación y de servicio se deben entregar con el equipo, impresos o en soporte electrónico y en español. En la mayoría de los casos los manuales de servicio vienen en inglés y es muy difícil realizar una traducción fidedigna por traductor público matriculado por los términos técnicos, por favor permitir que se entreguen: Manuales originales de operación en español y de servicio en español o inglés.	03-11-2021	23:21:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará Manuales originales de operación en español y de servicio en español o inglés.	09-11-2021	16:57:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Al menos 3.000.000 de canales digitales de procesamiento. Solicitamos modificar este requerimiento por: Al menos 380.000 canales digitales de procesamiento "", de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	03-11-2021	23:21:49

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:24:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Frame Rate del sistema de al menos 1.000 Hz o superior. Sugerimos modificar este requerimiento por: Frame Rate del sistema de al menos 2300 Hz o superior	03-11-2021	23:22:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC. Se establece en especificaciones poder cotizar equipos con un rango de al menos 1.000 o SUPERIOR.	09-11-2021	16:57:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Power Doppler Sugerimos modificar este requerimiento por: Doppler de Potencia direccional.	03-11-2021	23:22:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:58:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos soliciten Doppler CContinuo, considerando que se solicita transductor sectorial	03-11-2021	23:23:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:58:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos soliciten Doppler CContinuo, considerando que se solicita transductor sectorial	03-11-2021	23:23:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:59:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Modo color de alta sensibilidad para flujos de baja perfusión. Sugerimos modificar este requerimiento por: Modo de flujo B para realce de las estructuras hemodinámicas.	03-11-2021	23:24:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	16:59:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Modalidad de imagen compuesta con múltiples haces de ultrasonido de hasta 15 líneas. Solicitamos modificar este requerimiento por: Modalidad de imagen compuesta con múltiples haces de ultrasonido de hasta 7 líneas. ", de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	03-11-2021	23:24:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:00:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Rango de medición de respiración: De 1 a 200 respiraciones por minuto o rango más amplio, considerando que la mayoría de los monitores presentes en el mercado llegan a 120 o 150 RPM, y que el rango neonatal no sobrepasa los 150 rpm, solicitamos se puedan cotizar monitores con Rango de medición de respiración: De 1 a 170 respiraciones por minuto.	03-11-2021	23:24:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:00:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Optimización automática del Doppler Color CFM (con un solo botón). Sugerimos modificar este requerimiento por: Optimización automática de TGC	03-11-2021	23:24:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:01:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

- Solicitamos que en este puntos Rango de medición de frecuencia cardíaca: De 25 a 240 lpm o rango más amplio, solicitamos se puedan ofertar monitores con rango de medición de frecuencia cardíaca de 30 a 300 lpm, 5 lpm más no hacen diferencia alguna en la medición de la frecuencia en su límite más bajo	03-11-2021	23:25:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:25:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Modalidad de pantalla completa que ayuda al usuario a ampliar el tamaño de la imagen para evaluaciones más precisas. Solicitamos modificar este requerimiento por magnificación de imágenes.	03-11-2021	23:25:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán equipos con modalidad de pantalla con magnificación de imágenes.	09-11-2021	17:01:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde solicitan: Rango de medición de presión: De -30 a 320mmHg o rango más amplio, solicitamos se permitan cotizar monitores con rango de presión de -40 a 360	03-11-2021	23:25:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC. En las especificaciones técnicas se establece que podrán cotizar equipos con un rango superior o más amplio.	09-11-2021	17:02:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Disco duro con capacidad de 500 GB. Sugerimos modificar este requerimiento por: Disco duro de estado sólido, integrado al gabinete, con capacidad de al menos 500 GB.	03-11-2021	23:25:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:02:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde solicitan: Rango de medición de presión: De -30 a 320mmHg o rango más amplio, solicitamos se permitan cotizar monitores con rango de presión de -40 a 360 mmHg, considerando que difícilmente se pueda dar una presión mínima de -30 mmHg y esto no afecta de ninguna manera a la capacidad de medición.	03-11-2021	23:25:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán equipos con modalidad de pantalla con magnificación de imágenes.	09-11-2021	17:03:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 4 puertos USB para conexión de dispositivos. Sugerimos modificar este requerimiento por: Al 6 menos puertos USB para conexión de dispositivos.	03-11-2021	23:26:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán equipos con mayor cantidad de puertos USB.	09-11-2021	17:03:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde dice: Frecuencia de muestreo 100 Hz por canal, solicitamos considerar que la mayoría de las mediciones se realiza a 30 Hz, por lo tanto, nos permitan cotizar frecuencia de muestreo hasta 50Hz.	03-11-2021	23:26:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:04:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Software que permita obtener una imagen de las estructuras internas de los PULMONES. de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos eliminar este requerimiento.	03-11-2021	23:26:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:04:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Por favor solicitamos aclarar a qué se refiere esta especificación: Rango \pm 400 μ V	03-11-2021	23:26:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere al rango de la señal recibida.	09-11-2021	17:05:03
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Software para Visión extendida o Imagen Panorámica con todas las funcionalidades. Solicitamos modificar este requerimiento por Software para Visión extendida o Imagen Panorámica	03-11-2021	23:26:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:05:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde solicitan: Resolución 60 nV, por favor considerar este punto opcional.	03-11-2021	23:27:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:06:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Posibilidad de agregar en el futuro elastografía Sugerimos modificar este requerimiento por Posibilidad de agregar en el futuro Elastografía de esfuerzo disponible para transductores convexos, lineales y endocavitarios como mínimo. Y Posibilidad de agregar en el futuro elastografía cuantitativa de onda transversal o shearwave.	03-11-2021	23:27:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:06:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Transductor Convex Array con un ancho de banda de 1 a 5 Mhz con profundidad de escaneado hasta 40 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo. Solicitamos modificar este requerimiento por: Transductor Convex Array con un ancho de banda de 1 a 5 Mhz con profundidad de escaneado hasta 30 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.	03-11-2021	23:27:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:06:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Transductor Lineal Array con un ancho de banda de 3 a 11 Mhz con profundidad de escaneado hasta 15 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo. Solicitamos modificar este requerimiento por: Transductor Lineal Array con un ancho de banda de 3 a 11 Mhz. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.	03-11-2021	23:27:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:06:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Transductor Phased Array con un ancho de banda de 1 a 5 Mhz con profundidad de escaneado hasta 35 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo. Solicitamos modificar este requerimiento por: Transductor Phased Array con un ancho de banda de 1.8 a 4 Mhz . Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.	03-11-2021	23:28:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:07:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde piden: Impedancia de entrada > 8 M a 10 Hz, solicitamos se puedan cotizar equipos con impedancia de entrada > 15 M a 10 Hz	03-11-2021	23:29:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:07:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde solicitan: Cinco Trampa de agua para módulo de capnografía con 50 líneas de muestreo, por favor considerar que no todos los módulos de capnografía utilizan trampa de agua.	03-11-2021	23:29:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:26:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Manuales originales de operación y de servicio se deben entregar con el equipo, impresos o en soporte electrónico y en español. En la mayoría de los casos los manuales de servicio vienen en inglés y es muy difícil realizar una traducción fidedigna por traductor público matriculado por los términos técnicos, por favor permitir que se entreguen: Manuales originales de operación en español y de servicio en español o inglés.	03-11-2021	23:29:49

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará Manuales originales de operación en español y de servicio en español o inglés.	09-11-2021	17:08:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde solicitan: Deberá presentar carta garantía original del fabricante del bien ofertado, considerando que la mayoría de los fabricantes otorgan certificados de garantía por un año y el requerimiento de esta licitación son dos años de garantía, solicitamos se puedan presentar carta garantía del proveedor local.	03-11-2021	23:30:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:26:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde solicitan: Normas de Calidad FDA y/o CE al menos algunas de ellas, solicitamos al oferente poder cotizar equipo con certificaciones del MERCOSUR	03-11-2021	23:30:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:27:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde solicitan: Normas de Calidad FDA y/o CE al menos algunas de ellas, solicitamos al oferente poder cotizar equipo con certificaciones del MERCOSUR	03-11-2021	23:31:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:27:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Donde solicitan: Normas de Calidad FDA y/o CE al menos algunas de ellas, solicitamos al oferente poder cotizar equipo con certificaciones del MERCOSUR	03-11-2021	23:31:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:27:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan Rango dinámico del sistema de 300 dB o mejor, Solicitamos muy amablemente dejar cotizar de 270 dB de Rango dinámico de esta manera abrirá a potenciales oferentes	04-11-2021	00:01:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:28:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En este punto Optimización automática de la imagen 2D (Ganancia automática con un solo botón). Solicitamos que pueda ser botón o perilla de forma manual para dar participación a potenciales oferentes.	04-11-2021	00:02:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:28:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En este punto Transductor Phased Array con un ancho de banda de 1 a 5 Mhz con profundidad de escaneado hasta 35 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo. Aclarar que el pedido es un transductor cardiológico.	04-11-2021	00:02:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Corresponde a un transductor sectorial.	09-11-2021	17:09:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan 90 (noventa) días corridos a partir del Cobro del Anticipo Financiero, por todos los inconvenientes ocasionados por la pandemia solicitamos sean 120 días Corridos a partir del cobro del anticipo financiero	04-11-2021	00:03:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:10:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto donde dice Controlada por presión con Volumen garantizado (PCV+VG) solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar como opción la modalidad PRVC siendo que esta modalidad es clínicamente mas utilizada en pacientes pediátricos y no se encuentra dentro de las modalidades solicitadas y varios fabricantes cuentan con esta modalidad en vez de PCV+VG que es mas utilizado en pacientes adultos o pediátricos grandes. De esta manera solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: PCV+VG ó PRVC.	04-11-2021	00:06:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:28:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Controlada por presión con Volumen garantizado (PCV+VG) solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar como opción la modalidad PRVC siendo que esta modalidad es clínicamente mas utilizada en pacientes pediátricos y no se encuentra dentro de las modalidades solicitadas y varios fabricantes cuentan con esta modalidad en vez de PCV+VG que es mas utilizado en pacientes adultos o pediátricos grandes. De esta manera solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: PCV+VG ó PRVC.	04-11-2021	00:07:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:29:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Volumen corriente exhalado y volumen corriente espontaneo solicitamos amablemente a la convocante que el parámetro volumen corriente espontaneo sea considerado opcional, ya que con el parámetro Volumen minuto espontaneo solicitado en un ítem anterior ya se cuenta con lo solicitado de manera indirecta, y además limita la participación de potenciales oferentes y este parámetro no afecta en la performance del equipo y mucho menos al paciente; solamente limita la participación de potenciales oferentes que cuentan con equipos de altas prestaciones.	04-11-2021	00:07:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:10:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Flujo Base (l/min). Límite inferior 0 o apagado. Límite superior 50 o mayor solicitamos amablemente a la convocante considere este parámetro como OPCIONAL considerando que los ventiladores modernos actuales de ultima generación ajustan el flujo base o basal de manera automática o forma autónoma de acuerdo con la necesidad o demanda del paciente, y este parámetro en ventiladores de generaciones pasadas manejaban este parámetro de manera independiente es por eso que debía ser un parámetro de ajuste del usuario. Además, de esta manera se da apertura a las especificaciones técnicas para la participación de ofertas con ventiladores de última generación y no solo a equipos de generación comercializada en la década del 2000 – 2010.	04-11-2021	00:08:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:29:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Volumen Corriente (ml). Límite inferior 2 o menor. Límite superior 300 o mayor solicitamos amablemente a la convocante mejorar el rango de Volumen corriente solicitado considerando que el uso que se dará al equipo no es solo a neonatos, también es para pediátricos donde se llega a volúmenes de incluso 500 mL y además considerando la definición técnica de los ventiladores de alta frecuencia que emplea pequeños volúmenes corrientes con rápidas frecuencias respiratorias, reduciendo las presiones pico y el riesgo de volutrauma, los volúmenes inferiores deben ser del orden de 0.5 mL. Por lo expresado y para que la especificación del rango se ajuste a todos los pacientes neonatales y pediátricos sugerimos que el rango de Límite inferior sea de 0.5 o menor y el rango de limite superior sea de 500 mL.	04-11-2021	00:13:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC. Se establece rango de variación en las especificaciones técnicas, lo que da posibilidad de mejorar el rango a valores superiores	09-11-2021	17:10:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Presión Inspiratoria (cm H2O). De 1 o menor a 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante mejore el rango a los valores clínicos utilizados reales y usados en la práctica en ventilación mecánica, valores de presión inspiratoria de 1 cmH2O o menores no son utilizados y solo se ajusta a la limitación de participación de potenciales oferentes para que solo un fabricante pueda ofertar. Los rangos mínimos de presión son de 5 cmH2O. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Presión Inspiratoria (cm H2O). De 5 o menor a 80 o mayor.	04-11-2021	00:14:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:11:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto donde dice Frecuencia respiratoria (rpm). Límite inferior 0,5 o menor. Límite superior 150 o mayor solicitamos a la convocante mejorar el rango del límite inferior de frecuencia respiratoria, considerando la definición técnica de los ventiladores de alta frecuencia que emplea pequeños volúmenes corrientes con rápidas frecuencias respiratorias, reduciendo las presiones pico y el riesgo de volutrauma, el valor inferior de 0.5 rpm no solo limita la participación de potenciales oferentes dejando a un solo fabricante la posibilidad de cotizar, sino también en la práctica clínica no se utiliza. El valor usual inferior de la frecuencia respiratoria en los ventiladores de alta frecuencia es del orden de 2 rpm. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Frecuencia respiratoria (rpm). Límite inferior 2 o menor. Límite superior 150 o mayor.	04-11-2021	00:14:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:30:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Tiempo Inspiratorio (s). Límite inferior 0,1 o menor. Límite superior 3 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo inspiratorio con limite superior de al menos 2 seg, y dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.	04-11-2021	00:15:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:11:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Limitación de presión (mar). Límite inferior 2 o menor. Límite superior 100 o mayor solicitamos amablemente a la convocante aclarar el parámetro que solicita, primeramente, la unidad de medida encerrada en paréntesis mar no se ajusta a las unidades empleadas en ventilación mecánica y además el rango de presión es solicitada en un punto anterior en las especificaciones técnicas, y se encuentra repetido con rangos distintos. Solicitamos aclarar y unificar el pedido de rango de presión en un solo ítem.	04-11-2021	00:15:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere al rango en el que pueda trabajar el equipo sin limitaciones.	09-11-2021	17:11:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Limitación de presión (mar). Límite inferior 2 o menor. Límite superior 100 o mayor solicitamos amablemente a la convocante aclarar el parámetro que solicita, primeramente, la unidad de medida encerrada en paréntesis mar no se ajusta a las unidades empleadas en ventilación mecánica y además el rango de presión es solicitada en un punto anterior en las especificaciones técnicas, y se encuentra repetido con rangos distintos. Solicitamos aclarar y unificar el pedido de rango de presión en un solo ítem.	04-11-2021	00:15:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere al rango en el que pueda trabajar el equipo sin limitaciones.	09-11-2021	17:12:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Tiempo de aumento de la presión o Rampa (s). Límite inferior 0. Límite superior 2 o mayor solicitamos amablemente a la convocante mejorar el rango inferior indicando un valor, ya que el valor 0 señala que no hay rampa o tiempo de aumento y en realidad este parámetro debe iniciar desde un valor como por ejemplo 0.1 seg. La manera en que es solicitado da a entender que beneficiara a un solo fabricante que diseña los equipos para direccionar especificaciones técnicas en licitaciones y de esta manera se limita la participación de potenciales oferentes.	04-11-2021	00:16:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:30:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice PEEP (cmH2O) Límite inferior 0. Límite superior 35 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con limite superior de PEEP de al menos 30 cmH2O y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes.	04-11-2021	00:17:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:31:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Presión Soporte (mbar) Límite inferior 0. Límite superior 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con límite inferior de Presión Soporte de 2 mBar y así dar participación a potenciales oferentes.	04-11-2021	00:17:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:12:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto donde dice Nebulizador sincronizado. Intervalos de 5, 10, 15, 30 minutos, o continuamente solicitamos amablemente a la convocante considere el parámetro Nebulizador como opcional, considerando que en la practica y de acuerdo con las exigencias de la FDA no habilita la nebulización en pacientes neonatales, y claramente este parámetro da a entender que se encuentra direccionado a un solo fabricante que diseña sus equipos para el direccionamiento de las especificaciones técnicas en licitaciones. La nebulización se da en ventilación convencional en pacientes pediátricos y adultos.	04-11-2021	00:17:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El ventilador será usado para pacientes pediátricos y neonatales.	09-11-2021	17:13:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Compensación automática de tubo (ATC) con selección de tamaño de tubo endotraqueal y de tubo de traqueotomía solicitamos amablemente a la convocante considere como opción la COMPENSACION AUTOMATICA A TRAVES DE FLUJO CONTINUO y así dar participación a potenciales oferentes y no solo a un solo fabricante. Entonces el item quedaría de la siguiente manera y todos los oferentes participaríamos en igualdad de condiciones: Compensación automática del tubo endotraqueal o Compensación automática a través de flujo continuo.	04-11-2021	00:18:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:31:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Terapia de O2: Flujo continuo de 2 l/min a 50 l/min o mayor solicitamos amablemente a la convocante ajustar el rango máximo a 30 l/min considerando que es el rango de valor que se utiliza en pacientes pequeños, valores mayores no son recomendados ni utilizados en neonatos y pediátrico, mas bien para el uso en adulto. Además limita totalmente a la participación de potenciales oferentes que cuentan con equipos exclusivos para el uso en pacientes neonatales/pediátricos.	04-11-2021	00:18:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:31:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice - Nivel superior de presión en APRV (Palta) - Rango -60 a 120 mbar (o hPa o cmH2O) solicitamos amablemente a la convocante mejorar el rango solicitado a lo que habitualmente se utiliza que es del orden de 5 o menor a 70 o mayor, y así además de ajustarse a los rangos de equipos del mercado también dar participación a potenciales oferentes.	04-11-2021	00:18:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:13:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Duración de PEEP intermitente de 1 a 20 ciclos espiratorios solicitamos a la convocante aclarar esta especificación, o en todo caso considerar como opcional ya que el parámetro que se ajusta con la PEEP están dados por el valor de presión y el tiempo exhalatorio. Este punto da a confusión, y entendemos que se encuentra dirigida a un solo fabricante y no da apertura a la participación de potenciales oferentes.	04-11-2021	00:19:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:31:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Elastancia (E) de 0 a 9999 mar/l solicitamos amablemente a la convocante considere como opción el parámetro Compliance, que es la inversa de la Elastancia. Ya que se cuenta con fabricantes que dan este parámetro y también es interpretado por los médicos indistintamente, y no se indique el rango ya que direcciona las especificaciones a un solo fabricante. Por lo expuesto solicitamos que el item quede de la siguiente manera: Elastancia o Compliance.	04-11-2021	00:19:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:32:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Volumen minuto de fugas (VMfuga) de 0 a 30 l/min solicitamos amablemente a la convocante que este item sea considerado opcional, ya que en otro item solicitan %Fuga y además se limita a las especificaciones de un solo fabricante limitando la libre competencia.	04-11-2021	00:20:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:32:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto donde dice Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por al menos 31 días y 5000 entradas de registros solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de almacenamiento de eventos de al menos 5 días y con 1000 entradas de registros, permitiendo de esta manera la participación de potenciales oferentes y no a que un solo fabricante cotice en esta licitación.	04-11-2021	00:20:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:14:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Tiempo de alarma de apnea De 5 a 60 seg solicitamos a la convocante amablemente permita cotizar equipos con tiempo de apnea de 5 a 20 seg, considerando que 60 seg como máximo es un valor muy alto para pacientes neonatales y pediátricos, el rango solicitado se ajusta al diseño de aquel fabricante que lo hace para direccionar licitaciones.	04-11-2021	00:21:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:33:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Volumen Tidal Bajo solicitamos amablemente a la convocante considerar como opción la alarma VTE no alcanzado, y así dar participación a potenciales oferentes que de acuerdo al criterio de diseño en función a normas dan con otro parámetro o nombre la misma función.	04-11-2021	00:21:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:33:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
n el punto donde dice Puertos de entrada y salida a través de tres conectores RS 232 C, cuatro puertos USB y un puerto LAN solicitamos amablemente a la convocante considera la cotización de equipos que cuenten con al menos UN CONECTOR RS232 Y UN PUERTO USB, ya que este tipo de puertos se dan para uso de servicio técnico y no tiene relevancia para la terapia del paciente. Este pedido no afecta en nada en las prestaciones técnicas y mucho menos al paciente, esta expresada de tal manera que un solo oferente pueda cotizar y claramente dirigida las especificaciones técnicas y se contradice con lo que estable la La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS en su Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES en el Inciso B) menciona lo siguiente; b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública	04-11-2021	00:24:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:34:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes poseen mástiles laterales, algunos utilizan rieles laterales. Se solicita que esta solicitud diga: Mástiles o rieles laterales para montaje de equipos y accesorios, soportes y porta-suero.	04-11-2021	00:26:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán con mástiles o rieles laterales para el montaje de equipos y accesorios, soportes y portasuero.	09-11-2021	17:14:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si La bandeja para cassette de rayos X puede extraerse o insertarse desde la parte delantera y desde ambos laterales de la plataforma del colchón.	04-11-2021	00:27:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es relevante por donde debe insertarse o extraerse, lo importante es que cuente con dicho requisito.	09-11-2021	17:15:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes de servocunas poseen una distancia del lecho del paciente al calefactor de 75cm, esto depende de la potencia de la resistencia utilizada y está reglamentada por la IEC60601-2-21. Esta solicitud dirige las especificaciones y debe ser considerada opcional.	04-11-2021	00:27:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:34:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar un lecho del paciente de con acho de 610mm y un colchon de 25mm de alto.	04-11-2021	00:27:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:15:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar una servocuna con movimientos continuos de tredelemburg directo e inverso de al menos 13° o mayor	04-11-2021	00:28:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:16:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar rango de temperatura cutánea de 34,0–38,0°C o mejor rango (en incrementos de 0,1°C), porque la normativa japonesa no permite un limite superior de calentamiento a 39°C es peligroso para el paciente.	04-11-2021	00:29:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ese rango, para medir la temperatura del paciente.	09-11-2021	17:16:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar rango de temperatura de aire de 30,0–42,0°C o mejor rango porque la normativa japonesa no permite un límite inferior de calentamiento a 30°C, porque el paciente ya estaría muerto por hipotermia.	04-11-2021	00:29:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC. Los rangos de temperatura se dan para tener un amplio rango de trabajo.	09-11-2021	17:16:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el diseño de la servocuna debe permitir la intubación posterior del paciente.	04-11-2021	00:30:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán Servocuna con la intubación posterior al paciente.	09-11-2021	17:17:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el calefactor puede ser abatible a ambos lados con un ángulo de abertura de -85° a 85°.	04-11-2021	00:30:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará Servocuna con dicha especificación.	09-11-2021	17:17:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA La norma IEC60601-2-21 permite un desvío del punto seleccionado en la temperatura cutánea de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, por lo tanto exigir una alarma de desvío de $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ es exigir mas que la norma técnica. Se solicita corregir a: temperatura cutánea: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ del punto seleccionado, porque de lo contrario se dirigen las especificaciones a la servocuna de MEDIX .	04-11-2021	00:30:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:34:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que donde dice Silenciado manual de alarmas, en el rango de 60 a 120 segundos, diga Silenciado manual de alarmas, para no dirigir las especificaciones.	04-11-2021	00:31:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:17:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la longitud de onda comprendida entre 440 y 475nm, consideramos que el rango está errado en las especificaciones.	04-11-2021	00:31:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:34:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar luminoterapia con Área mínima de cobertura de radiación sobre lecho del paciente: 300mmx200mm.	04-11-2021	00:31:40

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:35:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA favor especificar la vida útil de los leds de la luminoterapia. Se recomienda 60.000hs como mínimo.	04-11-2021	00:32:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:35:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor especificar que la luminoterapia no debe tener partes internas móviles como ventiladores internos que producen ruido y estrés al neonato.	04-11-2021	00:32:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:17:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes usan termostato como dispositivos de protección, por lo tanto se solicita que donde dice: Termostato adicional de seguridad para el caso de avería del termostato de temperatura ambiente próxima al paciente, diga: Termostato adicional de seguridad o disyuntor para el caso de avería del termostato de temperatura ambiente próxima al paciente.	04-11-2021	00:32:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:35:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes usan transformador de aislamiento de seguridad, se solicita que este ítem sea opcional	04-11-2021	00:33:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:18:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se indica la carga máxima que puede soportar el Portasuero de doble servicio. Debido a que el portasuero puede acomodar bombas de infusión se recomienda portasuero con carga mínima de 10kg o mayor.	04-11-2021	00:33:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:36:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar bandeja posterior con capacidad de carga de 15kg y capacidad para 2 monitores multiparamétricos.	04-11-2021	00:33:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, se podrá cotizar equipos con bandeja posterior con capacidad de carga de 15 kg y capacidad para 2 monitores multiparamétricos.	09-11-2021	17:18:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones se solicita colocar en los accesorios la palabra o su equivalente y en los valores de hemofiltración, intercambio de plasma, hemofiltración, precisión de balance de fluidos la palabra aproximadamente, porque de lo contrario se dirige las especificaciones a un solo fabricante.	04-11-2021	00:39:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:36:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Altura del foco con respecto al piso de 200 mm o menos al menos 2100 mm con posibilidad de ser movido en todas las direcciones solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipo con altura del foco en el rango inferior de 500 mm o menor, considerando que en la práctica primeramente no se exposiciones de 20 cm o menos, claramente este valor inferior solicitado se da para aquel fabricante que diseña para el direccionamiento de las especificaciones técnicas, dejando de esta abierto el ítem para la participación de potenciales oferentes.	04-11-2021	00:46:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Dirigirse a la Adenda N° 02.		10-11-2021	11:36:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En punto donde dice Longitud del brazo portatubo 600 a 1100 mm o mejor solicitamos a la convocante señalar un solo valor de longitud, ya que se presta a confusión si la longitud debe estar en un rango o debe ser retráctil. En equipos portátiles los brazos del tubo son fijos de longitud no así en los equipos fijos. Por lo expuesto solicitamos mejorar la descripción de la siguiente manera: Longitud del brazo portatubo 1100 mm o mejor.		04-11-2021	00:47:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En el caso de que se cotice equipos que tengan la especificación de retráctil o fijo, deberán cumplir las medidas establecidas.		09-11-2021	17:19:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Rotación de la columna portatubo ± 180 grados o mejor solicitamos amablemente a la convocante mejorar este pedido, ya que la rotación de la columna de este tipo de equipos para su utilización es de ± 90 grados, siendo utilizado con el equipo frente al paciente (posición 0°) y a los costados del equipo o posiciones $+90^\circ$ y -90° respectivamente. La descripción de este punto da a confusión.		04-11-2021	00:47:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		10-11-2021	11:37:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Tiempo de disparo de 0,001 seg o menor y 2 seg o mayor solicitamos amablemente a la convocante aclarar si el ítem corresponde al tiempo de exposición ya solicitado en un punto anterior de las especificaciones técnicas y consolidar en un solo punto lo solicitado.		04-11-2021	00:47:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se refiere al tiempo de disparo del Rayos X		09-11-2021	17:20:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice 0.002s o menor a 2s o superior. En función de mAs solicitamos amablemente a la convocante aclarar el parámetro que solicita, se entiende que es el parámetro mAs, pero en un punto anterior en las especificaciones técnicas también solicita este parámetro con otro rango. Por lo expuesto solicitamos consolidar en un solo punto el ítem de mAs.		04-11-2021	00:48:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		10-11-2021	11:37:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Variación de mAs 1 mAs o menor a 250 mAs o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rangos que se aplican en pacientes neonatales y pediátricos, siendo el inferior de 0.1 mAs y superior de 220 mAs y así da seguridad en la cantidad de dosis que recibirá el paciente en función de su tamaño y edad. El rango solicitado se ajusta a paciente grandes.		04-11-2021	00:48:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC. En las especificaciones técnicas se establece una variación del rango establecido.		09-11-2021	17:20:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Tiempo de exposición 1ms a 2,5seg o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango superior del tiempo de exposición de 2.2 seg, dando apertura el ítem para la participación de potenciales oferentes y además reduciendo la dosis que recibirá el paciente ya que a mayor tiempo mayor es la dosis que recibe el paciente.		04-11-2021	00:49:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.		10-11-2021	11:37:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Tiempo de exposición 1ms a 2,5seg o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango superior del tiempo de exposición de 2.2 seg, dando apertura el ítem para la participación de potenciales oferentes y además reduciendo la dosis que recibirá el paciente ya que a mayor tiempo mayor es la dosis que recibe el paciente.		04-11-2021	00:50:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		09-11-2021	17:21:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto donde dice Panel de Comando táctil (touch screen) para ajuste de KV, mA, tiempo, mAs solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos de rayos x que cuentan con panel de comando con botones del tipo membrana, y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.	04-11-2021	00:50:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:38:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la incubadora debe tener cortina de aire que, evita que la temperatura del interior de la incubadora descienda al abrir una puerta de acceso de apertura rápida.	04-11-2021	06:06:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán equipos con dicha funcionalidad.	09-11-2021	17:21:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar incubadoras con la tapa superior de la cúpula de nuestra incubadora se puede desmontar, para facilitar el ingreso del paciente por cualquier lado o ángulo de la incubadora.	04-11-2021	06:07:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán equipos con esta especificación siempre y cuando se pueda remover los laterales	09-11-2021	17:21:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar una servocuna con movimientos continuos de tredelemburg directo e inverso de al menos 13° o mayor porque la normativa japonesa no permite movimientos eléctricos dentro del cúpula del paciente para evitar ruidos.	04-11-2021	06:07:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:22:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si se debe incluir modulo para medición de SPO2 bajo condiciones de baja perfusión y movimiento que son características del neonato con ajuste digital desde el panel de control y si se debe incluir un sensor de SPO2 reutilizable multisitio para neonatos.	04-11-2021	06:07:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En el punto de Accesorios se solicita el sensor de saturación para neonatos.	09-11-2021	17:22:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Considerar la solicitud: Salida RS-232 para conexión de monitor multiparamétrico a futuro como opcional porque no todos las incubadoras usan una salida RS232 y dirige las especificaciones.	04-11-2021	06:08:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:38:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se indica la carga máxima que puede soportar el Portasuero. Debido a que el portasuero puede acomodar bombas de infusión se recomienda portasuero con carga mínima de 10kg o mayor.	04-11-2021	06:08:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:38:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la resistencia debe ser abatible para facilitar su limpieza y desinfección.	04-11-2021	06:08:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará esa modalidad , pero no es un requisito.	09-11-2021	17:22:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar que significa el rango de 10 a 45°C para temperatura de piel T1, T2 y temperatura de aire. Si corresponde al rango de visualización, solicitamos que se pueda cotizar incubadoras con rango de visualización de 20 a 45°C porque con una temperatura de 25°C el paciente está muy hipotermico y no tiene sentido la monitorizacion.	04-11-2021	06:09:17
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a que el equipo debe ser capaz de medir temperaturas dentro de ese rango sin ninguna dificultad	09-11-2021	17:23:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar incubadoras con rango de ajuste de temperatura de aire de 23.0 a 37.0 o mayor con rango extendido a 39.0 .	04-11-2021	06:09:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, se podrá cotizar equipos con rangos mayores a los solicitados	09-11-2021	17:23:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar incubadoras con rango de ajuste de control de Oxígeno de 22 - 65% en incrementos o resolución del 1%) y precisión de ±3%	04-11-2021	06:09:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC. En las especificaciones se establece que se podrá cotizar equipos dentro del rango de 21% a 85% o más.	09-11-2021	17:23:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar balanza con precisión de ±5 g y resolución de 1g.	04-11-2021	06:10:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas se establece que por encima de los 2 Kg podrá contar con una variación de +/- 5gr	09-11-2021	17:24:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el panel de control debe ser del tipo touchscreen color.	04-11-2021	06:10:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:39:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar incubadoras con eficiencia de filtración de 0.1 µ m NaCl 99% o mejor.	04-11-2021	06:29:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Eficiencia de 99% o mejor	09-11-2021	17:24:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que las solicitudes como por ejemplo: - Variabilidad de temperatura: +/- 0,2°C, - Sobrepico de temperatura: 0,5°C, - Válvula de O2: oxigenación hasta 75%, - Velocidad de calentamiento: aprox. 10°C cada 30 minutos, -Tiempo de funcionamiento del control de humedad sin relleno: 24horas máximo al 85% de HR y 35°C en modo aire, - Consumo: 350 watts, - Sensores intercambiables: +/- 0,1°C sean opcionales, - Inicialización automática en 34°C para temperatura de aire y 36°C para temperatura de piel ya que son características propias de cada fabricante y dirigen las especificaciones. Lo que si se debe solicitar es que la incubadora atienda la IEC60601-2-19 Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las incubadoras de bebé. Normas horizontales propuestas.	04-11-2021	06:30:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:25:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita Dimensiones de la superficie del paciente Longitud mínima 200 cm.. Ancho mínimo 90 cm. Teniendo en cuenta que los bienes solicitados son para un hospital pediátrico solicitamos tengan a bien permitir cotización de camas con dimensiones de longitud minina de 190 cm. para dar mayor oportunidad de participación.	04-11-2021	06:51:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:39:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita 4 (cuatro) ruedas de 12 cm de diámetro como mínimo. Pedimos amablemente a la convocante permitir la cotización de camas con ruedas de 75 mm de diámetro para dar mayor participación a potenciales oferentes.	04-11-2021	06:55:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:25:25

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita Sistema de frenado y direccionamiento centralizado para transporte. Solicitamos permitir la cotización de camas con sistemas de frenado de doble acción diagonales. para dar mayor participación.	04-11-2021	06:58:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:25:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que el equipo se va utilizar con pacientes pediátricos y adultos, se consulta si el rango de flujo puede ser de 10 a 60LPM o mayor ajustable en pasos de 0,5LPM, o de lo contrario las especificaciones estarían dirigidas a AirVo 2 de Fisher and Paykel.	04-11-2021	06:59:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:26:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si todo circuito respiratorio debe ser descartable para evitar contaminación cruzada entre pacientes.	04-11-2021	06:59:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:39:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener registro de: horas del tratamiento, total de horas del tratamiento, días de tratamiento.	04-11-2021	06:59:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es necesario pero se aceptarán equipos que cuenten con dicha funcionalidad.	09-11-2021	17:26:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si por cada circuito solicitado se debe incluir um filtro bacteriano viral descartable a la salida del equipo.	04-11-2021	07:01:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán con y sin filtro bacteriano.	09-11-2021	17:26:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Donde dice Flujometro para pared con toma diss de 30L/min con niple incluido., se sociita que diga. flujómetro de pared con toma diss de acuerdo a la necesidades del equipo para su correcto funcionamiento.	04-11-2021	07:03:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:26:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a los siguiente puntos: Solicitamos: 4- Asas para traslado y movimientos de la cama rebatibles. Solicitamos la posibilidad de ofertar camas cuyas asas ya se encuentran integradas a las barandas de piecera y cabecera, para dar mayor participación de oferentes. 5- Sección de rodilla. Rango de 0 a 25o como mínimo. 0 a 20 grados como mínimo. para dar mayor participación de oferentes se sugiere que el rango sea de 0 a 20 grados como mínimo. 8- Altura regulable de entre 40cm a 70 cm. para mayor participación de oferentes se sugiere que la altura regulable sea de 50 a 70cm.	04-11-2021	07:03:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
4- Se aceptarán camas cuyas asas se encuentren integradas a la cabecera y/o piecera. 5- Dirigirse a la Adenda N° 02. 8- Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:40:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita: Altura ajustable que cubra el rango 45cm o menor cm a 80 cm o mayor. (medido desde la plataforma de la cama al piso, sin colchón). Solicitamos se permita cotizar camas con altura variable de 0,47 m hasta 0,72 m para dar mayor participación a potenciales oferentes en beneficio de la institución.	04-11-2021	07:09:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:40:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita: Tredelemburg de 13° como mínimo. Tredelemburg inverso de 13° como mínimo. Solicitamos: se permita cotizar Tredelemburg de 12° como mínimo y tredelemburg inverso de 12° como mínimo, teniendo en cuenta que la Norma ABNT NBR IEC 60601-2-52:2013 Parte 2-52: Requisitos particulares para la seguridad básica y el funcionamiento esencial de las camas de hospital establece un mínimo de 12°	04-11-2021	07:16:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
irigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:41:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Capacidad en el rango de 0 a 200 kg por lo menos. solicitamos permitan cotizar equipos con hasta 150 kg por lo menos, para dar mayor participación y no distorcionar en precios.	04-11-2021	07:21:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:27:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Altímetro digital. FAVOR PERMITAN COTIZAR ALTIMETROS MANUALES O MECANICOS PARA DAR MAYOR PARTICIPACION	04-11-2021	07:22:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
irigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:41:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Rango de medición entre 80 o menos a 210 cm o más. solicitamos permitan cotizar equipos de hasta 200cm para dar mayor participacion. y dondes solicitan: Divisiones de 1 mm, permitna cotizar con divisioines de 5mm para dar mayor participacion	04-11-2021	07:25:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:27:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde solicitan: Alto: dentro del rango de 45 a 60 cm. solicitamos permitan cotizar con rango de 42 a 60 cm. de manera a dar mayor participación.	04-11-2021	07:27:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
irigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:41:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la plataforma del paciente debe ser desmontable para su limpieza y desinfección.	04-11-2021	07:27:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es necesario.	09-11-2021	17:27:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener barandillas divididas totalmente rebatibles con paneles de control interno para el paciente y externo para la enfermera.	04-11-2021	07:28:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita que la cama cuente con barandillas abatibles para poder desmontar o deslizar hacia abajo para transferir al paciente.	09-11-2021	17:28:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la cama debe tener panel de control principal externo para la enfermera inalámbrico o con cable	04-11-2021	07:28:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La cama debe contar con panel de control por la cama y control externo con cable o inalámbrico.	09-11-2021	17:28:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita: Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin. Solicitamos se permita cotizar De 3000 hasta 5700 +- 10%. Se solicita: Intensidad luminosa homogénea de 100.000 a 160.000 luxes a 1 m de distancia de la fuente. Solicitamos se permita cotizar 20000 hasta 50000+- 10%.	04-11-2021	07:28:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:29:01

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener botón de CPR eléctrico en el panel de control y palanca de CPR mecánico en las laterales de la cama.		04-11-2021	07:28:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Debe ser mecánico la posición CPR en caso de falta de energía y se necesite esa posición.		09-11-2021	17:29:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener Ganchos para bolsas de orina y asas retenedoras de colchón a ambos lados.		04-11-2021	07:29:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aceptará que la cama cuente con ganchos para bolsas de orina y asas retenedoras de colchón		09-11-2021	17:29:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTAS Se consulta si la cama debe tener sistema de frenado centralizado accionado desde la cabecera y la piñera de la cama.		04-11-2021	07:29:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La cama deberá contar con sistema de frenado y direccionamiento centralizado.		09-11-2021	17:29:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe poseer botón para movimiento de trendelenburg ante una hipotensión y botón para posicionamiento recto de 0 grados (sin inclinación).		04-11-2021	07:29:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas se solicita trendelenburg +/-12° y debe ser capaz de volver a la posición 0°		09-11-2021	17:30:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener indicador de ángulos de la inclinación.		04-11-2021	07:29:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No es necesario.		09-11-2021	17:31:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Medidas dentro de los siguientes rangos: -Lecho del paciente: Ancho: en el rango de 45 a 60cm, Largo: en el rango de 95 a 115cm. SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON LARGO EN EL RANGO DE 65 A 115 CM. de manera a no limitar a una marca en particular y dar mayor participacion		04-11-2021	07:31:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		09-11-2021	17:31:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
donde solicitan: Movimientos de trendelemburg directo e inverso de al menos 15° o mayor. Favor permitan cotizar equipos con movimientos de 12° o mayor, de manera a no limitar a una sola marca MEDIX, modelo SM-401 AMERICA		04-11-2021	07:32:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		09-11-2021	17:31:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Movimientos de trendelemburg directo e inverso de al menos 15° o mayor. PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON MOVIMIENTOS DE AL MENOS 12° O MAYOR y no limitar a una sola marca MEDIX modelo SM-401		04-11-2021	07:34:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		09-11-2021	17:31:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE DICE: El equipo deberá permitir realizar movimientos eléctricos integrales de Trendelemburg- Anti-Trendelemburg continuos, que permita llegar a un ángulo de +/-15° como mínimo. SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR CON MOVIMIENTOS A UN ANGULO DE +/-10°, DE MANERA A DAR MAYOR PARTICIPACION Y NO LIMITAR A UNA MARCA MEDIX, MODELO NATAL CARE		04-11-2021	07:37:20
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:32:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde solicitan: Ajuste de altura variable eléctricamente. Variación de 15cm o más. SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON HASTA VARIACION DE 7 CM O MAS DE MANERA A DAR MAYOR PARTICIPACION	04-11-2021	07:39:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
irigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:42:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Funcion o perfil de calculos hemodinamicos, solicitamos a la convocante aceptar monitor con calculos hemodinamicos y como opsional la funcion de calculos hemodinamicos.	04-11-2021	07:40:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
irigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:42:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar cama con movimientos de trendelenburg de $\pm 12^\circ$ o mayor	04-11-2021	07:40:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
irigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:42:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la plataforma del paciente debe ser desmontable para su limpieza y desinfección.	04-11-2021	07:41:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es necesario.	09-11-2021	17:32:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: 4 puertas rebatibles a 180°, 2 de terapia intensiva con 2 portillos ovals cada una y dos puertas auxiliares para los procedimientos menores. SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON DOS PUERTAS REBATIBLES A 180° LOS ACCESOS LATERALES NO SON UTILIZADOS GENERALMENTES, ESTO ESTA LIMITADO A UNA MARCA Y MODELO: MEDIX NATAL CARE	04-11-2021	07:42:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:43:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar camas con altura mínima de 320mm. Considerar que una altura baja altura facilita la salida del paciente de la cama	04-11-2021	07:43:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:33:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener botón de CPR eléctrico en el panel de control y palanca de CPR mecánico en las laterales de la cama.	04-11-2021	07:44:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Debe ser mecánico la posición CPR en caso de falta de energía y se necesite esa posición.	09-11-2021	17:33:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: EN MODO PIEL T1 Y T2 RANGO DE 10 A 45°, SOLICITAMOS PODER COTIZAR EQUIPOS CON RANGO DE 17 A 45° Y NO LIMITAR A UNA MARCA Y MODELO MEDIX NATAL CARE	04-11-2021	07:45:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:43:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama tiene que tener pausa en 30° en la elevación del respaldo para posicionar el paciente en Fowler	04-11-2021	07:46:25
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará que la cama cuente con pausa en 30° en la elevación del respaldo para posicionar el paciente en Fowler.	09-11-2021	17:34:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN MODO AIRE RANGO DE 10 A 45°, SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON RANGO DE 17 A 45° DE MANERA A DAR MAYOR PARTICIPACION	04-11-2021	07:47:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:44:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: Índice de pulsatilidad o índice de perfusión o función rainbow set Si se necesita la función de configuración rainbow , el monitor debe tener masimo rainbow spo2. Creemos que el presupuesto no es suficiente para comprar más rainbow . Porque es muy caro. Solicitamos a la convocante verificar este punto.	04-11-2021	07:47:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se puede contar con Indice de Pulsatilidad o índice de perfusión que indique la perfusión periférica.	09-11-2021	17:34:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Control de oxígeno servo controlado. Rango de control: 21% a 85% o más. Resolución de O2: 1% de exactitud. Exactitud de oxígeno a escala completa=2%. SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON Control de oxígeno servo controlado. Rango de control: 21% a 65% o más. Resolución de O2: 1% de exactitud. Exactitud de oxígeno a escala completa=3%. DE MANERA A DAR MAYOR PARTICIPACION	04-11-2021	07:49:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:35:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que la cama debe soportar un peso de 220kg, favor especificar que el colchón debe por lo menos soportar 200kg.	04-11-2021	07:49:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:44:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Considerando que se trata de un hospital pediátrico, se consulta si la cama deber tener alarma de salida de paciente.	04-11-2021	07:50:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se requiere de dicha función.	09-11-2021	17:35:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Exactitud del peso: +/- 2gr desde 0,5kg hasta 2kg +/-5gr por encima de 2kg. SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON Exactitud del peso: +/- 2gr o menor desde 0,5kg hasta 2kg y +/-5gr o menor por encima de 2kg. PARA DAR MAYOR PARTICIPACION	04-11-2021	07:50:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán equipos con Exactitud de peso: de mejor rango al solicitado.	09-11-2021	17:35:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que la cama debe soportar un peso de 200kg, favor especificar que el colchón debe por lo menos soportar 200kg.	04-11-2021	07:50:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:44:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Rango de medición de respiración: - De 1 a 200 respiraciones por minuto o rango más amplio Solicitamos a la convocante considerar de 0- 150 por minuto. para dar oportunidad a mas oferentes	04-11-2021	07:50:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:44:59

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: ALARMAS Audible y visual Falla de energía eléctrica Estado de batería baja Se solicita a la convocante que estos puntos sean de carácter opcional/ de acuerdo a tecnología del fabricante, de manera a dar oportunidad a distintos oferentes a presentar oferta dentro del principio de Igualdad y libre competencia	04-11-2021	07:51:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:36:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener indicador digital de ángulos de la inclinación.	04-11-2021	07:52:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es necesario.	09-11-2021	17:36:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN -Filtro de aire: 99,9% de eficacia. -Tamaño de partículas eliminadas: 0.3 micrones o menos.- Nivel de ruido: menor que 48 dB o menos. SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON FILTRO DE AIRE DE 99.8% DE EFICACIA, TAMAÑO DE PARTICULAS ELIMINADAS DE 0.5 MICRAS Y NIVEL DE RUIDO MENOR A 50 DB O MENOS.	04-11-2021	07:52:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:36:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: VII. Gasto Cardíaco mínimamente invasivo por tecnología PICCO o no invasivo. Solicitamos a la convocante aclarar si el monitor necesita esta función? La parte accesorios no requiere el accesorio de ICG.	04-11-2021	07:54:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	10-11-2021	11:45:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN; Cabezal con 600 LEDs como mínimo intensidad superior a 40 μ W/cm ² /nm, dentro de una longitud de onda comprendida entre 450 y 470 nm, SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON Cabezal con 600 LEDs o de doce leds de potencia como mínimo, intensidad superior a 40 μ W/cm ² /nm, dentro de una longitud de onda comprendida entre 450 y 470 nm, DE MANERA A NO LIMITAR A UNA SOLA MARCA O A EQUIPOS CON LEDS DE DIMENSIONES PEQUEÑAS.	04-11-2021	07:54:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:37:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la cama debe tener panel de control principal para la enfermera donde se puedan bloquear todos lo movimientos.	04-11-2021	07:55:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La cama debe contar con panel de control por la cama y control externo con cable o inalámbrico	09-11-2021	17:38:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN Base rodante con 4 ruedas, 2 con freno. POR FAVOR SOLICITAMOS PERMITAN COTIZAR EQUIPOS CON 3 RUEDAS EN LA BASE RODANTE, ESTO NO HACE DIFERENCIA EN EL TRATAMIENTO Y SOLO LIMITA LA PARTICIPACION DE EQUIPOS CON CERTIFICACIONES APROBADAS POR FDA Y CE. NO LIMITEN A UNA MARCA O MODELO	04-11-2021	07:57:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	09-11-2021	17:38:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
se consulta si se puede cotizar un monitor para medicion de Gasto Cardíaco mínimamente invasivo por tecnología PICCO o no invasivo.	04-11-2021	07:59:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita dicha medición en un solo monitor o al menos con soporte integrado al monitor principal.	09-11-2021	17:38:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta Para evitar confusiones, se solicita retirar de las especificaciones todas las solicitudes que tienen la palabra OPCIONAL	10-11-2021	17:02:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	14:23:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Por definición de nebulización es el depósito de partículas aerosolizadas de 1 a 5µm de tamaño para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, favor aclarar si el sistema de nebulización debe ser electrónico debe cumplir con este rango del tamaño de partículas y que no debe modificar el volumen corriente del ventilador agregando flujo adicional, especialmente en ventilación de neonatos. Favor especificar la cantidad de nebulizadores electrónicos solicitados, se recomienda 5 unidades como mínimo.	10-11-2021	17:03:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El sistema de nebulización debe estar incorporado al ventilador y ser electrónico	15-11-2021	14:24:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Favor aclarar si el modo de nebulización debe ser: NEBULIZACION CONTINUA, sin control del tiempo y NEBULIZACION TEMPORIZADA con control y ajuste del tiempo de nebulización en la pantalla del ventilador con parada automática.	10-11-2021	17:03:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El modo de nebulización, debe poder configurarse con la inspiración por tiempo y posibilidad de parada sin control del tiempo	15-11-2021	14:25:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: En las especificaciones se solicita: ...soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes adulto, pediátrico y neonatales con capacidad para ventilar pacientes desde 500 grs.... Debido a que la relación ml/kg no es la misma en cada UCIN, se solicita que se especifique el volumen corriente mínimo que debe poder proporcionar el ventilador. Recomendamos un rango de 2mL a 2500mL o mejor rango, para atender pacientes desde neonatos a adultos.	10-11-2021	17:04:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adedna N° 03.	16-11-2021	07:32:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Generalmente los ventiladores de transporte tienen válvula espiratoria externa. Favor solicitamos que la válvula exhalatoria sea interna e incorporada al equipo.	10-11-2021	17:04:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Este ítem no corresponde a un ventilador de transporte.	15-11-2021	14:26:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Se consulta si el equipo debe poseer Pausa inspiratoria y Pausa espiratoria de 0 a 30seg, ajustable por el usuario.	10-11-2021	17:04:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán equipos con dicha función.	15-11-2021	14:26:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta La modalidad TCPL, nTCPL es una modalidad ventilatoria obsoleta, no se usa más. Solamente el ventilador Vyair CareFusion modelo AVEA lo mantiene. Actualmente se utiliza la modalidad Control por Presión, que es muy superior a TCPL porque el ventilador controla la Presión inspiratoria. En la modalidad TCPL la presión inspiratoria no se controla solamente la limita y depende del flujo programado para alcanzar la presión seleccionada. Solicitamos colocar TCPL o mejor de forma a no dirigir las especificaciones al ventilador AVEA.	10-11-2021	17:05:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se establecen en las especificaciones técnicas otras opciones de ventilación. De manera a tener disponible todos los tipos de ventilación posible.	15-11-2021	14:27:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Los modos ventilatorios son muy confusos. Recomendamos no utilizar siglas y si explicar las modalidades para que sean claras para todos: Para Ventilación Invasiva (VI): -Control por Presión (PC) -Control por Volumen (VC) -Presión Regulada con Control del Volumen o Volumen Objetivo con Presión Regulada (PRVC). -SIMV con Presión Soporte -CPAP con Presión Soporte Para Ventilación No Invasiva (VNI): - Ventilación No Invasiva por Presión Control. -Ventilación No Invasiva por Presión Soporte. -CPAP Nasal. Favor verificar y retirar las siglas innecesarias que sólo confunden.	10-11-2021	17:05:58
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	14:28:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Se consulta si el humidificador debe incluir los sensores de temperatura para la cámara y para el circuito y si debe tener el cable conector para uno o dos alambres calientes para circuitos descartables.	10-11-2021	17:06:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, debe contar con todos los accesorios necesarios para el control de humidificación.	15-11-2021	14:29:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Creemos que existe un error, las máscaras naso bucales o total face son para pacientes pediátricos y adultos. Para neonatos se utilizan para VNI por CPAP Nasal, cánulas nasales y máscaras nasales. Favor definir la cantidad de cánulas y máscaras nasales, por ejemplo se recomienda: Gorros con las siguientes cantidades y medidas de circunferencia: (1) gorro de 19 a 21cm, (2) gorro de 21cm a 23cm, (2) gorros de 23cm a 25,5cm, (2) gorros de 25,5cm a 28cm, (1) gorros de 28cm a 30cm, (1) gorros de 30cm a 33cm, (1) gorro de 33cm a 36cm. Cánulas nasales, fabricadas en silicona, con los siguientes cantidades y tamaños: (1) para pacientes hasta 500g, (2) para pacientes de 500 a 1.000g, (2) para pacientes de 1.000g a 1.500g, (3) para pacientes de 1.500g a 2.200g, (2) para pacientes de 2.200g a 3.000g. Máscaras, fabricadas en silicona, con las siguientes cantidades y tamaños de: (1) para pacientes hasta 1.000g, (1) para pacientes de 1.000g a 2.000g, (1) para pacientes de 2.000g a 3.000g, (1) para pacientes de 3.000g a 4.000g. También se deben incluir todos los accesorios necesarios para su conexión al ventilador pulmonar y fijación a la cabeza del paciente.	10-11-2021	17:06:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	14:29:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita: Limitación de presión (mbar). Límite inferior 2 o menor. Límite superior 100 o mayor. Se solicita colocar Limitación de presión en mbar o en cmH2O y no colocar valores específicos o unidades que dirigen las especificaciones a un fabricante.	10-11-2021	19:31:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	16-11-2021	07:26:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Por definición de nebulización es el depósito de partículas aerosolizadas de 1 a 5um de tamaño para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, favor aclarar si el sistema de nebulización debe ser electrónico debe cumplir con este rango del tamaño de partículas y que no debe modificar el volumen corriente del ventilador agregando flujo adicional. Favor especificar también la cantidad de nebulizadores electrónicos solicitados, se recomienda 5 unidades como mínimo.	10-11-2021	19:31:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El sistema de nebulización debe estar incorporado al ventilador y ser electrónico.	15-11-2021	14:30:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor considerar la solicitud: Ventilación controlada por presión para garantizar un volumen minuto mandatorio (PC-MMV) o Ventilación controlada por presión para garantizar un volumen corriente (PC-VC), o de lo contrario se dirige las especificaciones a un fabricante.	10-11-2021	19:32:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	16-11-2021	07:27:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes poseen respiración espontánea con presión de soporte proporcional al flujo y al volumen, en nuestro caso poseemos respiración espontánea con presión de soporte proporcional a la estimulación diafragmática. Solicitamos que esta solicitud diga: respiración espontánea con presión de soporte proporcional al flujo y al volumen o estimulación diafragmática.	10-11-2021	19:32:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	16-11-2021	07:27:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes poseen suspiro en alta frecuencia, generalmente lo poseen los ventiladores basados en sistema Venturi y no todos utilizan Venturi para hacer alta frecuencia. Nuestro fabricante utiliza ventilación por alta frecuencia por variación de la inercia del flujo. Favor considerar esta solicitud opcional de forma a no limitar los oferentes.	10-11-2021	19:32:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	14:31:37

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes miden Presion mínima en las vías aéreas se solicita que esta solicitud diga, Presio mínima o Presion en la vías aéreas al final de la espiración de forma a no dirigir las especificaciones.	10-11-2021	19:33:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo que se requiere es que el equipo cumpla con la función detallada en las especificaciones tecnicas.	15-11-2021	14:33:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Donde dice: - Relación I:E. De 1:300 a 600:1 o mejor rango, - Compliancia dinámica de 0 a 100 ml/mbar (o ml/hPa o ml/cmH2O), - Elastancia (E) de 0 a 9999 mar/l, - Resistencia (R) de 0 a 1000 mbar/l/s, - Resistencia en las vías aéreas del paciente (Rpac) de 0 a 1000 mbar/l/s, - Fugas en % de 0 a 100 %, - Índice de respiración rápida y superficial (RSBI) de 0 a 9999 (/min/L), solicitamos no se coloquen rangos con valores específicos que sólo un fabricante atiende, y que diga: - Relación I:E, - Compliancia dinámica, - Elastancia (E), - Resistencia (R), - Resistencia en las vías aéreas del paciente, - Fugas en %, - Índice de respiración rápida y superficial (RSBI) porque de lo contrario se dirige las especificaciones al modelo Drager Babylog VN500.	10-11-2021	19:33:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	16-11-2021	07:28:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes poseen puertos de entrada y salida a través de un conector RS 232. Considerar que el (Recommended Standard 232) fue desarrollado en 1.969. Solicitamos que diga: puertos de entrada y salida a través de un conector RS 232. o un puerto USB o mejor.	10-11-2021	19:34:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	14:34:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Donde dice: Relación I:E. De 1:300 a 600:1 o mejor rango, Compliancia dinámica de 0 a 100 ml/mbar (o ml/hPa o ml/cmH2O), Elastancia (E) de 0 a 9999 mar/l, Resistencia (R) de 0 a 1000 mbar/l/s, Resistencia en las vías aéreas del paciente (Rpac) de 0 a 1000 mbar/l/s, Fugas en % de 0 a 100 %, Índice de respiración rápida y superficial (RSBI) de 0 a 9999 (/min/L), solicitamos no se coloquen rangos con valores específicos que sólo un fabricante atiende, y que diga: Relación I:E, Compliancia dinámica, Elastancia (E), Resistencia (R), Resistencia en las vías aéreas del paciente, Fugas en %, Índice de respiración rápida y superficial (RSBI) porque de lo contrario se dirige las especificaciones al modelo Drager Babylog VN500.	10-11-2021	19:35:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	16-11-2021	07:25:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo también debe presentar los lazos espirométricos de Presión/Flujo, Volumen/Flujo y Presión/Volumen	10-11-2021	19:38:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán equipos que cuenten con lazos espirometricos.	15-11-2021	14:34:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que el ventilador es para neonatos, se consulta si el ventilador debe poseer Ventilacion no invasiva por CPAP Nasal. Favor verificar.	10-11-2021	19:38:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	16-11-2021	07:24:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el flujo base se refiere al ajuste de flujo en la ventilación no invasiva por Alto flujo. Consideramos que si el ventilador es pediátrico/adulto, el flujo base debe ser ajustable de 0 a 60L/min. Favor verificar.	10-11-2021	19:48:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las especificaciones tecnicas se establece la posibilidad de cotizar equipos con esta especificacion o con un rango mayor.	15-11-2021	14:35:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta: Por definición de nebulización es el depósito de partículas aerosolizadas de 1 a 5µm de tamaño para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, favor aclarar si el sistema de nebulización debe ser electrónico debe cumplir con este rango del tamaño de partículas y que no debe modificar el volumen corriente del ventilador agregando flujo adicional principalmente en ventilación de neonatos. Favor especificar la cantidad de nebulizadores electrónicos solicitados, se recomienda 5 unidades como mínimo.	10-11-2021	19:48:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El sistema de nebulización debe estar incorporado al ventilador y ser electrónico	15-11-2021	14:36:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En el ítem 40 VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD se solicita solamente Relación I:E, pero en el ítem 42 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD se solicita una relación I:E de 4:1 - 1:20 o mejor. Creemos que existe un error, porque una relación de 1:20 no existe. Se solicita si se puede cotizar ventilador con relación I:E de 4:1 y 1:9,9. Favor verificar y corregir.	10-11-2021	19:48:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	14:36:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta En el ítem 40 se solicita compensación de fugas de 70LPM. Se solicita mantener este criterio siendo que ambos ventiladores serán utilizados en la misma terapia intensiva.	10-11-2021	19:49:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	14:37:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la autonomía de 2 horas debe incluir la turbina o compresor, similar a lo solicitado en el ítem 42.	10-11-2021	19:49:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, la autonomía de 2 horas debe incluir la turbina o compresor.	15-11-2021	14:38:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que la solicitud diga: Filtro de bacteria reusable. Cantidad: al menos 3(tres) por cada equipo o Filtro de bacterias descartable. Cantidad: al menos 20 (veinte) por cada equipo, si el equipo lo requiere para ventilar el rango solicitado.	10-11-2021	19:49:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los filtros solicitados son para la rama exhalatoria.	15-11-2021	14:39:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se especificó la cantidad de sensores de flujo proximales descartables que se deben incluir para cada circuito paciente.	10-11-2021	19:50:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	16-11-2021	07:23:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si los leds deben poseer tecnología libre de radiación infrarroja.	10-11-2021	21:49:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	14:40:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la scialítica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de forma a evitar la caída de la potencia de la iluminación que es inherente a los LEDs. Esto posibilita una iluminación constante durante toda la cirugía.	10-11-2021	21:49:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	14:41:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se estableció la vida útil de los LEDS, lo que define su calidad. Actualmente la tecnología de los LEDS está muy avanzada y por lo tanto recomendamos vida útil de los LEDS a 60.000hs o mayor.	10-11-2021	21:49:57
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	14:41:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la scialfítica debe ser compatible con Flujo Laminar.	10-11-2021	21:50:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará, pero no es un requisito.	15-11-2021	14:43:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se definieron la dilución de sombras que establece el rendimiento de la scialfítica ante sombras. Se recomienda una dilución de sombras con una máscara de 42% o mejor y una dilución de sombras con dos máscaras de 49% o mejor y una dilución de sombras en el fondo de un tubo de 95% o mejor.	10-11-2021	21:50:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	14:44:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que donde dice; Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 93 % como mínimo, también se agreguen el Índice de Rendimiento de color R9 (Rojo saturado) de 90% o mayor, el Índice de Rendimiento de color R13 (color de la piel) del 95% o mayor.	10-11-2021	21:51:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	14:44:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la plataforma del paciente debe ser desmontable para su limpieza y desinfección.	10-11-2021	21:54:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se podrá cotizar, pero no es un requisito.	15-11-2021	14:45:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener barandillas divididas totalmente rebatibles con paneles de control interno para el paciente y externo para la enfermera. CONSULTA Favor aclarar si la cama debe tener panel de control principal externo para la enfermera inalámbrico o con cable CONSULTA Se consulta si la cama debe tener botón de CPR eléctrico en el panel de control y palanca de CPR mecánico en las laterales de la cama. CONSULTA Se consulta si la cama debe tener Ganchos para bolsas de orina y asas retenedoras de colchón a ambos lados. CONSULTAS Se consulta si la cama debe tener sistema de frenado centralizado accionado desde la cabecera y la piernera de la cama. CONSULTA Se consulta si la cama debe poseer botón para movimiento de trendelenburg ante una hipotensión y botón para posicionamiento recto de 0 grados (sin inclinación). CONSULTA Se consulta si la cama debe tener indicador de ángulos de la inclinación.	10-11-2021	21:54:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se dio respuesta en las Consultas N° 326, 327, 329, 330, 331, 332 y 333.	15-11-2021	14:47:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener barandillas divididas totalmente rebatibles con paneles de control interno para el paciente y externo para la enfermera.	10-11-2021	21:55:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la respuesta en la Consulta N° 326.	15-11-2021	14:48:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la cama debe tener panel de control principal externo para la enfermera inalámbrico o con cable	10-11-2021	21:55:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la respuesta en la Consulta N° 327.	15-11-2021	14:49:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener botón de CPR eléctrico en el panel de control y palanca de CPR mecánico en las laterales de la cama.	10-11-2021	21:55:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la respuesta en la Consulta N° 329.	15-11-2021	14:50:47

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener Ganchos para bolsas de orina y asas retenedoras de colchón a ambos lados.		10-11-2021	21:56:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la respuesta en la Consulta N° 330.		15-11-2021	14:51:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTAS Se consulta si la cama debe tener sistema de frenado centralizado accionado desde la cabecera y la piñera de la cama.		10-11-2021	21:56:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la respuesta en la Consulta N° 331.		15-11-2021	14:52:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe poseer botón para movimiento de trendelenburg ante una hipotensión y botón para posicionamiento recto de 0 grados (sin inclinación).		10-11-2021	21:56:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la respuesta en la Consulta N° 332.		15-11-2021	14:52:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener indicador de ángulos de la inclinación.		10-11-2021	21:56:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la respuesta en la Consulta N° 333.		15-11-2021	14:53:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar cama con movimientos de Trendelenburg y Trendelenburg inverso de $\pm 12^\circ$ o mayor		10-11-2021	21:59:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.		16-11-2021	07:23:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la plataforma del paciente debe ser desmontable para su limpieza y desinfección.		10-11-2021	21:59:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No es un requisito, pero se aceptarían camas con dicha funcionalidad		15-11-2021	14:54:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar camas con altura mínima de 320mm. Considerar que una altura baja altura facilita la salida del paciente de la cama		10-11-2021	21:59:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.		15-11-2021	14:54:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener botón de CPR eléctrico en el panel de control y palanca de CPR mecánico en las laterales de la cama.		10-11-2021	22:00:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La cama debe contar necesariamene con CPR mecanico para casos en los que no se cuenta con energia electrica. Se podrá cotizar camas con ambas funciones.		15-11-2021	14:55:13
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama tiene que tener pausa en 30° en la elevación del respaldo para posicionar el paciente en Fowler		10-11-2021	22:00:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aceptará equipos con dicha especificación, pero no es un requisito.		15-11-2021	14:55:43
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Considerando que se trata de un hospital pediátrico, se consulta si la cama deber tener alarma de salida de paciente.	10-11-2021	22:00:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará equipos con dicha especificación, pero no es un requisito.	15-11-2021	14:56:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que la cama debe soportar un peso de 220kg, favor especificar que el colchón debe por lo menos soportar 200kg.	10-11-2021	22:01:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	14:56:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener indicador digital de ángulos de la inclinación.	10-11-2021	22:01:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará equipos con dicha especificación, pero no es un requisito.	15-11-2021	14:57:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la cama debe tener panel de control principal para la enfermera donde se puedan bloquear todos lo movimientos.	10-11-2021	22:01:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará equipos con dicha especificación, pero no es un requisito.	15-11-2021	14:58:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que el equipo se va utilizar con pacientes pediátricos y adultos, se consulta si el rango de flujo puede ser de 10 a 60LPM o mayor ajustable en pasos de 0,5LPM, o de lo contrario las especificaciones estarían dirigidas a AirVo 2 de Fisher and Paykel.	10-11-2021	22:04:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	14:58:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que el equipo se va utilizar con pacientes pediátricos y adultos, se consulta si el rango de flujo puede ser de 10 a 60LPM o mayor ajustable en pasos de 0,5LPM, o de lo contrario las especificaciones estarían dirigidas a AirVo 2 de Fisher and Paykel.	10-11-2021	22:06:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	14:59:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si todo circuito respiratorio debe ser descartable para evitar contaminación cruzada entre pacientes.	10-11-2021	22:06:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	14:59:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener registro de: horas del tratamiento, total de horas del tratamiento, días de tratamiento.	10-11-2021	22:07:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará equipos con dicha especificación, pero no es un requisito.	15-11-2021	16:33:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener registro de: horas del tratamiento, total de horas del tratamiento, días de tratamiento.	10-11-2021	22:08:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará equipos con dicha especificación, pero no es un requisito.	15-11-2021	16:33:57
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si por cada circuito solicitado se debe incluir un filtro bacteriano viral descartable a la salida del equipo.	10-11-2021	22:08:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	16:35:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Donde dice Flujo metro para pared con toma diss de 30L/min con niple incluido., se solicita que diga, flujo metro de pared con toma diss de acuerdo a la necesidades del equipo para su correcto funcionamiento.	10-11-2021	22:09:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	16:35:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la incubadora debe tener cortina de aire que, evita que la temperatura del interior de la incubadora descienda al abrir una puerta de acceso de apertura rápida.	10-11-2021	22:32:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará equipos con dicha especificación.	15-11-2021	16:36:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar incubadoras con la tapa superior de la cúpula de nuestra incubadora se puede desmontar, para facilitar el ingreso del paciente por cualquier lado o ángulo de la incubadora.	10-11-2021	22:32:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán equipos con esta especificación siempre y cuando se pueda remover los laterales.	15-11-2021	16:37:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la incubadora debe o no tener servocontrol de humedad, porque en las especificaciones está confuso.	10-11-2021	22:33:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se establece en especificaciones técnicas: Control de humedad servo controlado. Rango de control: 40% o menos a 85% o más	15-11-2021	16:38:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar una incubadora con movimientos continuos de trendelenburg directo e inverso de al menos 13° o mayor porque la normativa japonesa no permite movimientos eléctricos dentro del cúpula del paciente para evitar ruidos.	10-11-2021	22:34:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	16:41:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si se debe incluir modulo para medición de SPO2 bajo condiciones de baja perfusión y movimiento que son características del neonato con ajuste digital desde el panel de control y si se debe incluir un sensor de SPO2 reutilizable multisitio para neonatos.	10-11-2021	22:34:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las especificaciones tecnicas se solicita modulo integrado modulo para saturación de oxigeno y en accesorio se solicita, sensor neonatal de saturación 4 unidades.	15-11-2021	16:42:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Considerar la solicitud: Salida RS-232 para conexión de monitor multiparamétrico a futuro como opcional porque no todos las incubadoras usan una salida RS232 y dirige las especificaciones.	10-11-2021	22:34:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	16:43:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se indica la carga máxima que puede soportar el Portasuero. Debido a que el portasuero puede acomodar bombas de infusión se recomienda portasuero con carga mínima de 10kg o mayor.	10-11-2021	22:34:56
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	16:43:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la resistencia debe ser abatible para facilitar su limpieza y desinfección.	10-11-2021	22:35:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará esa modalidad , pero no es un requisito.	15-11-2021	16:44:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar que significa el rango de 10 a 45°C para temperatura de piel T1, T2 y temperatura de aire. Si corresponde al rango de visualización, solicitamos que se pueda cotizar incubadoras con rango de visualización de 20 a 45°C porque con una temperatura de 25°C el paciente está muy hipotermico y no tiene sentido la monitorizacion.	10-11-2021	22:35:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a que el equipo debe ser capaz de medir temperaturas dentro de ese rango sin ninguna dificultad. Según Adenda N° 02, se modifico el rango de temperatura para T1, T2 y temperatura de aire.	15-11-2021	16:44:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar incubadoras con rango de ajuste de temperatura de aire de 23.0 a 37.0 o mayor con rango extendido a 39.0 .	10-11-2021	22:36:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	16:45:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar incubadoras con rango de ajuste de control de Oxígeno de 22 - 65% en incrementos o resolución del 1%) y precisión de ±3%	10-11-2021	22:36:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	16:45:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar balanza con precisión de ±5 g y resolución de 1g en todo su rango de peso.	10-11-2021	22:36:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas se establece que por encima de los 2 Kg podrá contar con una variación de +/- 5gr.	15-11-2021	16:46:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el panel de control debe ser del tipo touchscreen color.	10-11-2021	22:36:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	16:47:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar incubadoras con eficiencia de filtración de 0.1 µ m NaCl 99% o mejor.	10-11-2021	22:37:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se establece en especificaciones tecnicas Eficiencia de 99% o mejor y tamaño de aprticular eliminadas de 0,3 micrones o menos.	15-11-2021	16:47:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que las solicitudes como por ejemplo: - Variabilidad de temperatura: +/- 0,2°C, - Sobreprecio de temperatura: 0,5°C, - Válvula de O2: oxigenación hasta 75%, - Velocidad de calentamiento: aprox. 10°C cada 30 minutos, -Tiempo de funcionamiento del control de humedad sin rellenado: 24horas máximo al 85% de HR y 35°C en modo aire, - Consumo: 350 watts, - Sensores intercambiables: +/- 0,1°C, - Inicialización automática en 34°C para temperatura de aire y 36°C para temperatura de piel, sean considerados opcionales o valores aproximados de referencia, ya que son características propias de cada fabricante y dirigen las especificaciones. Lo que si se debe solicitar es que la incubadora atienda la NORMA IEC60601-2-19 Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las incubadoras de bebé.	10-11-2021	22:37:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse al PBC.	15-11-2021	16:48:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes poseen mástiles laterales, algunos utilizan rieles laterales. Se solicita que esta solicitud diga: Mástiles o rieles laterales para montaje de equipos y accesorios, soportes y porta-suero.	10-11-2021	22:44:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán con mástiles o rieles laterales para el montaje de equipos y accesorios, soportes y portasuero.	15-11-2021	16:49:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si La bandeja para cassette de rayos X puede extraerse o insertarse desde la parte delantera y desde ambos laterales de la plataforma del colchón.	10-11-2021	22:45:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es relevante por donde debe insertarse o extraerse, lo importante es que cuente con dicho requisito.	15-11-2021	16:49:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes de servocunas poseen una distancia del lecho del paciente al calefactor de 75cm, esto depende de la potencia de la resistencia utilizada y está reglamentada por la IEC60601-2-21. Esta solicitud dirige las especificaciones y debe ser considerada opcional.	10-11-2021	22:45:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	16:50:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar un lecho del paciente de con acho de 610mm y un colchón de 25mm de alto.	10-11-2021	22:45:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	16:50:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita Distancia mínima del calefactor al lecho del paciente: 75 cm (+/- 5cm). Solicitamos que diga Distancia mínima del calefactor al lecho del paciente: 75 cm aproximadamente, atendiendo la NORMA IEC60601-2-21 Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las incubadoras radiantes para recién nacidos	10-11-2021	22:46:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	16:51:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar una servocuna con movimientos continuos de tredelemburg directo e inverso de al menos 13° o mayor	10-11-2021	22:46:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	16:52:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar rango de temperatura cutánea de 34,0–38,0°C o mejor rango (en incrementos de 0,1°C), porque la normativa japonesa no permite un límite superior de calentamiento a 39°C es peligroso para el paciente.	10-11-2021	22:46:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	16:52:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar rango de temperatura de aire de 30,0–42,0°C o mejor rango porque la normativa japonesa no permite un límite inferior de calentamiento a 30°C, porque el paciente ya estaría muerto por hipotermia.	10-11-2021	22:47:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	16:53:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el diseño de la servocuna debe permitir la intubación posterior del paciente.	10-11-2021	22:47:22

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán Servocuna con la intubación posterior al paciente, pero no es un requisito.	15-11-2021	16:53:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el calefactor puede ser abatible a ambos lados con un ángulo de abertura de -85° a 85°.	10-11-2021	22:47:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará Servocuna con dicha especificación, pero no es un requisito	15-11-2021	16:54:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA La norma IEC60601-2-21 Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las incubadoras radiantes para recién nacidos permite un desvío del punto seleccionado en la temperatura cutánea de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, por lo tanto exigir una alarma de desvío de $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ es exigir mas que la norma técnica. Se solicita corregir a: temperatura cutánea: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ del punto seleccionado, porque de lo contrario se dirigen las especificaciones a la servocuna de MEDIX .	10-11-2021	22:48:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	16:54:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que donde dice Silenciado manual de alarmas, en el rango de 60 a 120 segundos, diga Silenciado manual de alarmas, para no dirigir las especificaciones.	10-11-2021	22:48:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	16:55:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la longitud de onda comprendida entre 440 y 475nm, consideramos que el rango está errado en las especificaciones.	10-11-2021	22:48:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	16:56:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar luminoterapia con Área mínima de cobertura de radiación sobre lecho del paciente: 300mmx200mm.	10-11-2021	22:49:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	16:56:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA favor especificar la vida útil de los leds de la luminoterapia. Se recomienda 60.000hs como mínimo.	10-11-2021	22:49:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	16:56:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor especificar que la luminoterapia no debe tener partes internas móviles como ventiladores internos que producen ruido y estrés al neonato.	10-11-2021	22:49:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	16:57:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes usan termostato como dispositivos de protección, por lo tanto se solicita que donde dice: Termostato adicional de seguridad para el caso de avería del termostato de temperatura ambiente próxima al paciente, diga: Termostato adicional de seguridad o disyuntor para el caso de avería del termostato de temperatura ambiente próxima al paciente.	10-11-2021	22:49:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	16:57:46
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes usan transformador de aislamiento de seguridad, se solicita que este item sea opcional		10-11-2021	22:50:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		15-11-2021	16:58:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se indica la carga máxima que puede soportar el Portasuero de doble servicio. Debido a que el portasuero puede acomodar bombas de infusión se recomienda portasuero con carga mínima de 10kg o mayor.		10-11-2021	22:50:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.		15-11-2021	16:58:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar bandeja posterior con capacidad de carga de 15kg y capacidad para 2 monitores multiparamétricos.		10-11-2021	22:51:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Sí, se aceptará equipos con bandeja posterior con capacidad de carga de 15 kg y capacidad para 2 monitores multiparamétricos.		15-11-2021	16:59:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde solicitan: Memoria para almacenar sucesos relacionados a al menos 100 pacientes. Solicitamos se puedan ofertar equipos con almacenamiento de 50 resúmenes de eventos, que incluyen más información que solo el evento en sí.		11-11-2021	05:56:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.		15-11-2021	16:59:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Volvemos a consultar este punto debido a la importancia para la vida del paciente el limitar el límite superior a 200 Joules para tecnología bifásica. Donde dice: Límite superior: 270 Joules o mayor, considerando que solicitan forma de onda bifásica, respetuosamente nos permitimos señalar que 270 Joules (en dos direcciones) es peligroso para la vida del paciente, por lo que solicitamos se puedan cotizar equipos con Límite superior: 200 Joules.		11-11-2021	05:57:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Si bien la desfibrilación bifásica suele iniciarse con no mas de 200 Joules, en los casos en que sea necesaria una tercera desfibrilación, la misma debe realizarse teniendo en cuenta la relación peso del paciente/Joules, por lo que solicitar un equipo con un nivel superior de 200 Joules, limitaría el uso del equipo. Existen en el mercado varios equipos bifásicos con nivel superior de 360 Joules, por lo que de ninguna forma podría existir un direccionamiento a una marca específica. Ajustarse al PBC.		15-11-2021	17:00:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Manuales originales de operación y de servicio se deben entregar con el equipo, impresos o en soporte electrónico y en español. En la mayoría de los casos los manuales de servicio vienen en inglés y es muy difícil realizar una traducción fidedigna por traductor público matriculado por los términos técnicos, por favor permitir que se entreguen: Manuales originales de operación en español y de servicio en español o inglés.		11-11-2021	05:57:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aceptará Manuales originales de operación en español y de servicio en español o inglés.		15-11-2021	17:00:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
- En la Adenda 02 han colocado que el monitor sea únicamente modular, la tecnología únicamente modular es más costosa que la combinación entre tecnología preconfigurada y modular, adicionalmente se solicita Los monitores deben tener espacio o la posibilidad de instalar a futuro RACK o conexiones de acuerdo a la tecnología del fabricante para agregar otros cables o módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software, y con esto se garantiza que se podrán ampliar las funciones a futuro, por lo tanto solicitamos se vuelva a la especificación original donde solicitaban monitor modular o preconfigurado		11-11-2021	05:58:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.		15-11-2021	17:01:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Resolución de medición de 10 a 250 mmHg, solicitamos se aclare si se refiere a rango de medición		11-11-2021	05:58:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Sí, se refiere a rango de medición.	15-11-2021	17:02:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Tendencias gráficas y numéricas de 120 horas como mínimo de todos los parámetros seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos, solicitamos se puedan ofertar equipos con tendencias de 48 horas	11-11-2021	05:59:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:02:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De manera a cuidar la confidencialidad de los datos del paciente en varios países, principalmente Europa y Estados Unidos la capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la unidad médica como una futura actualización con central de monitoreo no se realiza a través de páginas web, sino a través de servidores con una muy alta protección de datos, por lo que solicitamos reconsideren este punto y lo soliciten como opcional.	11-11-2021	05:59:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:02:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Manuales originales de operación y de servicio se deben entregar con el equipo, impresos o en soporte electrónico y en español. En la mayoría de los casos los manuales de servicio vienen en inglés y es muy difícil realizar una traducción fidedigna por traductor público matriculado por los términos técnicos, por favor permitir que se entreguen: Manuales originales de operación en español y de servicio en español o inglés.	11-11-2021	06:00:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará Manuales originales de operación en español y de servicio en español o inglés.	15-11-2021	17:03:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Rango de medición de presión: De -30 a 320mmHg o rango más amplio, solicitamos se permitan cotizar monitores con rango de presión de -40 a 360 mmHg, considerando que difícilmente se pueda dar una presión mínima de -30 mmHg y esto no afecta de ninguna manera a la capacidad de medición, por lo que insistimos que en esta consulta de manera a dar participación a un mayor número de oferentes	11-11-2021	06:01:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas se establece que podrán cotizar equipos con un rango superior o más amplio.	15-11-2021	17:04:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Frecuencia de muestreo 100 Hz por canal, solicitamos considerar que la mayoría de las mediciones se realiza a 30 Hz, por lo tanto, nos permitan cotizar frecuencia de muestreo hasta 50Hz.	11-11-2021	06:01:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:05:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Rango $\pm 400 \mu V$, solicitamos que esta especificación sea considerada opcional ya que es el rango de una marca en específico.	11-11-2021	06:02:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:05:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Resolución 60 nV, por favor considerar este punto	11-11-2021	06:02:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:05:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde piden: Impedancia de entrada $> 8 M$ a 10 Hz, solicitamos se puedan cotizar equipos con impedancia de entrada $> 15 M$ a 10 Hz, de manera a dar participación a una mayor cantidad de oferentes	11-11-2021	06:03:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:06:11
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Manuales originales de operación y de servicio se deben entregar con el equipo, impresos o en soporte electrónico y en español. En la mayoría de los casos los manuales de servicio vienen en inglés y es muy difícil realizar una traducción fidedigna por traductor público matriculado por los términos técnicos, por favor permitir que se entreguen: Manuales originales de operación en español y de servicio en español o inglés	11-11-2021	06:04:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará Manuales originales de operación en español y de servicio en español o inglés.	15-11-2021	17:06:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Presión Inspiratoria (cm H2O). De 1 o menor a 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante mejore el rango a los valores clínicos utilizados reales y usados en la práctica en ventilación mecánica, valores de presión inspiratoria de 1 cmH2O o menores no son utilizados y solo se ajusta a la limitación de participación de potenciales oferentes para que solo un fabricante pueda ofertar. Los rangos mínimos de presión son de 5 cmH2O. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Presión Inspiratoria (cm H2O). De 5 o menor a 80 o mayor.	11-11-2021	06:07:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:07:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Tiempo Inspiratorio (s). Límite inferior 0,1 o menor. Límite superior 3 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo inspiratorio con limite superior de al menos 2 seg, y dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.	11-11-2021	06:07:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:07:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Limitación de presión (mar). Límite inferior 2 o menor. Límite superior 100 o mayor solicitamos amablemente a la convocante aclarar el parámetro que solicita, primeramente, la unidad de medida encerrada en paréntesis mar no se ajusta a las unidades empleadas en ventilación mecánica y además el rango de presión es solicitada en un punto anterior en las especificaciones técnicas, y se encuentra repetido con rangos distintos. Solicitamos aclarar y unificar el pedido de rango de presión en un solo ítem y que el mismo sea de 5 o menor a 80 o mayor, en unidades de mBar.	11-11-2021	06:07:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:08:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Presión Soporte (mbar) Límite inferior 0. Límite superior 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con límite inferior de Presión Soporte de 2 mBar y así dar participación a potenciales oferentes	11-11-2021	06:08:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:08:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Elastancia (E) de 0 a 9999 mar/l solicitamos amablemente a la convocante considere como opción el parámetro Compliance, que es la inversa de la Elastancia. Ya que se cuenta con fabricantes que dan este parámetro y también es interpretado por los médicos indistintamente, y no se indique el rango ya que direcciona las especificaciones a un solo fabricante. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Elastancia o Compliance.	11-11-2021	06:08:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:09:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por al menos 31 día solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de almacenamiento de eventos de al menos 5 días, permitiendo de esta manera la participación de potenciales oferentes y no a que un solo fabricante cotice en esta licitación	11-11-2021	06:09:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	17:09:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto donde dice Pantalla gráfica LCD a colores de 15" o mayor para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con pantalla de al menos 10 y de esta manera dar a apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes.	11-11-2021	06:09:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:10:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Ventilación adaptativa o proporcional asistida para pacientes pediátricos, adultos y neonatales solicitamos amablemente a la convocante aclarar que este modo de ventilación adaptativa o proporcional es para pacientes pediátricos y adultos, en neonatos aun la FDA no lo aprobó y además clínicamente no esta demostrado ni probado en pacientes neonatales. Esta modalidad es para pacientes pediátricos y adultos. Solicitamos a la convocante que el ítem quede de la siguiente manera Ventilación adaptativa o proporcional asistida para pacientes pediátricos, adultos y neonatales (opcional) y de esta manera no limitar la participación de potenciales oferentes.	11-11-2021	06:10:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:10:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Capacidad de almacenamiento de imágenes estáticas y clips dinámicos, con capacidad de almacenamiento de al menos 70.000 imágenes. Solicitamos a la convocante en esta parte con capacidad de almacenamiento de al menos 70.000 imágenes se elimine teniendo en cuenta que tiene estrecha relación con el ítem mas arriba de capacidad de disco duro y no habría un equipo con esta capacidad que pueda cumplir con lo requerido	11-11-2021	06:19:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:11:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Transductor Phased Array con un ancho de banda de 1 a 5 Mhz con profundidad de escaneado hasta 35 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo, en este punto solicitamos muy amablemente a la convocante que aclare si el transductor solicitado es para aplicaciones cardiacas a modo de evitar malos entendidos	11-11-2021	06:23:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El transductor solicitado es para aplicaciones cardiacas, abdominal, pulmonar, doppler transcraneal.	15-11-2021	17:11:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Creemos que falta información. Con un cable de ECG de 5 vias, se pueden obtener todas las 12 derivadas del ECG padrón. Consideramos, que debe decir: Dos (2) cables troncal y dos (2) cables paciente para ECG de 3 puntas y Un (1) cable paciente de 5 puntas para despliegue simultáneo de las 7 y 12 derivaciones. Cincuenta 50 Electrodo desechable.	11-11-2021	08:10:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:12:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe ser poder transmitir en protocolo HL7 para futura conexión con el sistema informático del hospital	11-11-2021	08:10:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará equipos con dicha funcionalidad, pero no es un requisito.	15-11-2021	17:12:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si en el monitor se deben poder cargar los datos del paciente como por ejemplo; Nombre, Apellido, Identificación, Tipo de Paciente (adulto, pediátrico, neonatal=, para Admisión y Alta del paciente y configuración automática de los rangos de las alarmas.	11-11-2021	08:10:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:13:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el monitor debe tener vista o pantalla con números grandes para mejor visualización de los parámetros a distancia.	11-11-2021	08:11:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, dicha especificación se detalla en multipantalla seleccionable.	15-11-2021	17:14:14
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el monitor debe permitir la de visualización de parámetros de otro monitor conectado en la misma red.		11-11-2021	08:11:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No se requiere dicha función.		15-11-2021	17:17:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si las alarmas deben ser auditivas y tener codificación por colores de acuerdo a su prioridad, como mínimo 3 niveles de prioridad.		11-11-2021	08:11:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Sí, dicha especificación se detalla en Alarmas.		15-11-2021	17:18:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el ECG debe poder desplegarse en cascada, es decir, en dos barridos, para un mejor análisis.		11-11-2021	08:12:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aceptará, pero no es requisito.		15-11-2021	17:18:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener análisis automático de la calidad de la señal de las derivadas Es decir, se desconsidera la derivada seleccionada por el usuario y el equipo elige automáticamente la derivada con mejor señal del ECG presentarla en la pantalla.		11-11-2021	08:12:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aceptará, pero no es requisito.		15-11-2021	17:19:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la SPO2 debe tener 3 niveles de sensibilidad (bajo, medio y alto) que es muy útil con pacientes con baja perfusión.		11-11-2021	08:12:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas de SPO2 se detallan las funciones mínimas requeridas.		15-11-2021	17:19:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la Presión Invasiva debe tener filtro para eliminar ruidos en la señal		11-11-2021	08:13:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Sí, debe contar con filtro para eliminar ruidos en la señal.		15-11-2021	17:20:13
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el monitor debe tener la capacidad de congelar las formas de onda para un mejor análisis.		11-11-2021	08:13:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.		15-11-2021	17:20:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe contar con una memoria interna que le permita revisar y exportar los datos de los pacientes a una memoria USB o PC para un mejor análisis.		11-11-2021	08:13:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aceptará con dicha funcionalidad.		15-11-2021	17:21:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Creemos que existe un error, en el ítem 26 solicitaron para NIBP Resolución de medición de 10 a 250 mmHg o mayor rango, pero para este monitor solicitan de Rango de medición de presión: - 15 a 260 mmHg o rango más amplio, con exactitud de ± 5 mmHg o mejor. Un valor de -15mmHg no es fisiológico. Solicitamos que el rango sea el mismo que en el ítem 26 y diga: Rango de medición de presión: 10 a 250 mmHg o rango más amplio, con exactitud de ± 5 mmHg o mejor		11-11-2021	08:46:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Dirigirse a la Adenda N° 03.		15-11-2021	17:21:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el modulo para medición de gasto cardiaco minimamente invasivo puede ser una pantalla independiente del monitor, con todos los accesorios para su instalación en un soporte de pared original del fabricante.		11-11-2021	08:46:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Sí, se podrá cotizar una pantalla independiente al monitor para la medición de gasto cardiaco minimamente invasivo a través de la presión arterial o no invasivo, siempre y cuando cuente con el soporte de pared.		15-11-2021	17:22:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el soporte de pared debe ser original del fabricante, de forma que el monitor pueda ser instalado en la pared apoyado sobre un riel, para ajustes de altura, sobre la cama del paciente. El brazo debe permitir movimiento en los tres ejes del monitor.		11-11-2021	08:47:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.		15-11-2021	17:22:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que los valores del modulo de EEG sean aproximados ya que no todos los fabricantes poseen esos valores tan específicos.		11-11-2021	08:47:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		15-11-2021	17:23:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 1x Cistoureoscopia pediátrico, 11Charr. Creemos que lo correcto debería ser: 1x Cistoureoscopia pediátrico 9.5Charr, 1 nivel 9.5 - 11Charr. Esto implica que el cistoureoscopia tiene 9.5Charr en su extremo distal (punta del endoscopio más fino) y 11Charr en su extremo proximal al ocular (el endoscopio se va haciendo más grueso hacia donde se observa) Entendemos que uno de 11Charr en la punta distal sería muy grueso para pediatría. ¿Podrían aclarar, por favor?		11-11-2021	09:30:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.		15-11-2021	17:23:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Ventilación no invasiva en neonatos y en pediatría con compensación de fugas de 70LPM o mayor, de manera a dar mayor participación a los oferentes solicitamos que permita ofertar equipos con Ventilación no invasiva en neonatos y en pediatría con compensación de fugas de 60LPM o mayor		11-11-2021	09:33:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		15-11-2021	17:23:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Pantalla de 3.5 pulgadas táctil ¿Se podría cotizar táctil y/o botones de comando?		11-11-2021	09:34:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Sí, la pantalla debe ser táctil y a la vez puede o no contar con botones adicionales.		15-11-2021	17:24:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Flujo Inspiratorio (l/min). Límite inferior 0. Límite superior 120 o mayor. solicitamos modificar Limite inferior 1. Limite superior 120 o mayor		11-11-2021	09:44:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.		15-11-2021	17:25:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si el equipo debe poder ser compatible y dosificar automáticamente con ventiladores con modalidad de alta frecuencia.		11-11-2021	10:03:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aceptara con dicha funcionalidad		15-11-2021	17:25:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA Favor especificar el rango de dosificación de NO, recomendamos como mínimo de 0,1 a 75ppm o mejor rango.	11-11-2021	10:04:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:26:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar, en una parte de las especificaciones dice: Pantalla de cristal Líquido a color de 640x480 pixeles como mínimo. Y en otra parte dice: Acceso de controles en la pantalla sensible al toque (touch screen). Estas dos solicitudes son contradictorias. Solicitamos que diga: Pantalla de control color del tipo touchscreen de 10 pulgadas o mejor.	11-11-2021	10:04:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:26:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes poseen Registro de valores y tendencias de concentraciones almacenado durante al menos 15 días o más, lo cual dirige las especificaciones. Solicitamos que diga: Registro de valores y tendencias de concentraciones almacenado durante al menos 72horas o via USB para revisión o exportación de datos del paciente.	11-11-2021	10:05:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:27:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si se debe poder ajustar los valores de: las alarmas de limite alto y límite bajo para: Oxido Nítrico, las alarmas de límite alto para Dioxido de Nitrógeno, las alarmas de limite alto y límite bajo para la concentración de O2.	11-11-2021	10:05:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las EETT se establece el ajuste de alarmas visuales y sonoras para los límites.	15-11-2021	17:28:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita: Interrupción automática de NO cuando los limites superiores de concentración de NO2 y SpMet establecido para la inhalación son sobrepasados. El problema es que la lectura de SpMet demora 30seg en estabilizarse y se puede ver afectada con la baja perfusión y movimiento del paciente. Luego, solicitamos que la Interrupción automática de NO cuando los limites superiores de concentración de NO2 sean sobrepasados pero que la interrupción por SpMet sobrepasado sea OPCIONAL.	11-11-2021	10:05:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC. Se establece en las especificaciones tecnicas "Interrupción automática de administración de NO cuando el límite superior de concentración establecida para la inhalación es sobrepasado"	15-11-2021	17:29:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los equipos dosificadores poseen Peso no mayor a 3 Kg, además los cilindros de NO pesan mucho más que 3kg.. Solicitamos que diga: Peso de 6 Kg aproximadamente,	11-11-2021	10:06:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:29:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar cuantos cilindros debe tener el equipo. Se recomiendan como mínimo 2 unidades, uno en uso y otro de respaldo. Con intercambio automático del suministro del cilindro de NO cuando el que esté en uso esté vacío.	11-11-2021	10:06:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se solicita en las especificaciones tecnicas los Cilindros.	15-11-2021	17:29:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener sistema de respaldo mecánico integrado para funcionar resucitador manual (AMBU) ante falla del dosificador. El sistema de respaldo debe estar compuesto por: Flujómetro para O2, medidor de concentración de NO y medidor de flujo de NO.	11-11-2021	10:06:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se estipula dicha funcionalidad en las especificaciones tecnicas.	15-11-2021	17:30:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA Favor indicar la cantidad de trampas de agua para línea de muestreo que deben ser entregadas	11-11-2021	10:07:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:30:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar los modos de funcionamiento del equipo: automático o sensado de flujo automático y flujo continuo.	11-11-2021	10:07:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:30:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si el equipo debe poder ser compatible y dosificar automáticamente con ventiladores con modalidad de alta frecuencia.	11-11-2021	10:07:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará dicha funcionalidad.	15-11-2021	17:31:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 350 W (o mayor). Más arriba ya se solicita una potencia de corte puro de 350 W. Teniendo en cuenta que el corte mezcla es una combinación de corte y coagulación, debería ser menor la intensidad de potencia que de un corte puro. Por lo expuesto solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 250 W (o mayor).	11-11-2021	10:08:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:31:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 15 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 350 W (o mayor). Más arriba ya se solicita una potencia de corte puro de 350 W. Teniendo en cuenta que el corte mezcla es una combinación de corte y coagulación, debería ser menor la intensidad de potencia que de un corte puro. Por lo expuesto solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 250 W (o mayor).	11-11-2021	10:13:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:31:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 15 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: 2 unidades de Mango/pinza bipolar para laparoscopia sin necesidad de cambiar la pinza: Reutilizable, autoclavable, con cable de 3m de largo, rotación del eje de 360°. Longitud de la camisa/vástago de 34cm (variación permitida +- 2cm) una unidad y de 10cm (variación permitida +- 2cm) dos unidades, reutilizable y autoclavable. Inserto tipo maryland reusable y autoclavable de 10cm y 34cm (variación permitida +- 2cm), 2 (dos) unidades de cada tamaño. Obs: El mango, la camisa y el inserto deben ser desmontables Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Longitud de la camisa/vástago de 34cm (variación permitida +/- 3cm) una unidad	11-11-2021	10:15:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:32:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 15 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: 2 unidades de Mango/pinza bipolar para laparoscopia sin necesidad de cambiar la pinza: Reutilizable, autoclavable, con cable de 3m de largo, rotación del eje de 360°. Longitud de la camisa/vástago de 34cm (variación permitida +- 2cm) una unidad y de 10cm (variación permitida +- 2cm) dos unidades, reutilizable y autoclavable. Inserto de agarre dentada maciza reutilizable y autoclavable de 34cm (variación permitida +- 2cm), 2(dos) unidades, inserto de agarre fenestrada o hueca reutilizable y autoclavable de 10cm (variación permitida +- 2cm), 2(dos) unidades. Obs: El mango, la camisa y el inserto deben ser desmontables. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de: Longitud de la camisa/vástago entre 10 cm hasta 20 cm.	11-11-2021	10:18:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:32:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ítem 15 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: 2 unidades de Mango/pinza bipolar para laparoscopia sin necesidad de cambiar la pinza: Reutilizable, autoclavable, con cable de 3m de largo, rotación del eje de 360°. Longitud de la camisa/vástago de 34cm (variación permitida +- 2cm) una unidad y de 10cm (variación permitida +- 2cm) dos unidades, reutilizable y autoclavable. Inserto de agarre dentada maciza reutilizable y autoclavable de 34cm (variación permitida +- 2cm), 2(dos) unidades, inserto de agarre fenestrada o hueca reutilizable y autoclavable de 10cm (variación permitida +- 2cm), 2(dos) unidades. Obs: El mango, la camisa y el inserto deben ser desmontables. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Longitud de la camisa/vástago de 34cm (variación permitida +/- 3cm).	11-11-2021	10:19:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:32:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 15 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: 2 unidades de Mango/pinza bipolar para laparoscopia sin necesidad de cambiar la pinza: Reutilizable, autoclavable, con cable de 3m de largo, rotación del eje de 360°. Longitud de la camisa/vástago de 34cm (variación permitida +- 2cm) una unidad y de 10cm (variación permitida +- 2cm) dos unidades, reutilizable y autoclavable. Inserto de agarre dentada maciza reutilizable y autoclavable de 34cm (variación permitida +- 2cm), 2(dos) unidades, inserto de agarre fenestrada o hueca reutilizable y autoclavable de 10cm (variación permitida +- 2cm), 2(dos) unidades. Obs: El mango, la camisa y el inserto deben ser desmontables. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de: Longitud de la camisa/vástago entre 10 cm hasta 20 cm.	11-11-2021	10:19:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:32:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 15 Electrobisturi 1 unidad de Mango/pinza bipolar para laparoscopia sin necesidad de cambiar la pinza: Reutilizable, autoclavable, con cable de 3m de largo, rotación del eje de 360°. Longitud de la camisa/vástago de 34cm (variación permitida +- 2cm) una unidad, reutilizable y autoclavable. Inserto tipo tijera reutilizable y autoclavable de 34cm (variación permitida +- 2cm), 2(dos) unidades. Obs: El mango, la camisa y el inserto deben ser desmontables. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Longitud de la camisa/vástago de 34cm (variación permitida +/- 3cm) una unidad	11-11-2021	10:20:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:33:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA La cama con balanza del ítem 8 tiene un precio base muy bajo, creemos que intercambiaron los precios con el ítem 7 que es una cama eléctrica sin balanza, favor verificar.	11-11-2021	10:35:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Subsanado.	15-11-2021	17:33:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA La cama con balanza del ítem 8 tiene un precio base muy bajo, creemos que intercambiaron los precios con el ítem 7 que es una cama eléctrica sin balanza, favor verificar.	11-11-2021	10:35:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Subsanado.	15-11-2021	17:34:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Transductor Phased Array con un ancho de banda de 1 a 5 Mhz con profundidad de escaneado hasta 35 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo, solicitamos diga: Transductor Phased Array con un ancho de banda de 1 a 5 Mhz con profundidad de escaneado hasta 35 (+/-1%) cm o mejor	11-11-2021	10:44:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:34:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 15 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Pinza bipolar bayoneta reutilizable y autoclavable de 22cm de largo (variación permitida +-1cm) y 0,5mm de diámetro, 1 unidad. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Pinza bipolar bayoneta reutilizable y autoclavable de 22cm de largo (variación permitida +-1cm) y 0,5mm (variación permitida +-1 mm) de diámetro, 1 unidad.	11-11-2021	10:48:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:34:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta 1, Ítem 23: Incubadora de Terapia Intensiva En las Especificaciones Técnicas solicitan: El equipo deberá permitir realizar movimientos eléctricos integrales de Trendelemburg-Anti-Trendelemburg continuos, que permita llegar a un ángulo de +/-15° como mínimo. Solicitamos amablemente a la convocante que permita cotizar equipos que tengan estos movimientos de manera manual, quedando como OPCIONAL que los movimientos sean eléctricos, y que el ángulo de inclinación sea de +/-12°	11-11-2021	10:53:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:35:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 2, Ítem 23: Incubadora de Terapia Intensiva En las Especificaciones Técnicas solicitan: Control: 34-37°C con rango extendido a 38°C. Solicitamos amablemente a la convocante que permita cotizar equipos que tengan Control: 34-37°C con rango extendido a 37.5°C	11-11-2021	10:54:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	17:36:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 3, Ítem 23: Incubadora de Terapia Intensiva En las Especificaciones Técnicas solicitan: Indicación de potencia de calefactor en al menos 8 pasos. Solicitamos amablemente que este requerimiento sea OPCIONAL, de modo a dar participación de mayor cantidad de oferentes.	11-11-2021	10:54:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:35:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 4, Ítem 23: Incubadora de Terapia Intensiva En las Especificaciones Técnicas solicitan: Exactitud del peso: +/- 2gr desde 0,5kg hasta 2kg +/-5gr por encima de 2kg. Solicitamos amablemente a la convocante que se modifique este rango a Exactitud del peso: +/- 10 gr	11-11-2021	10:55:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:35:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 5, Ítem 23: Incubadora de Terapia Intensiva En las Especificaciones Técnicas solicitan: Resolución: 1gr Solicitamos amablemente a la convocante que se modifique este rango a Resolución: 5g hasta 5kg y 10 gr de 5kg hasta 8kg.	11-11-2021	10:55:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:35:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 6, Ítem 23: Incubadora de Terapia Intensiva En las Especificaciones Técnicas solicitan: Modulo integrado para medición de saturación de oxígeno Solicitamos amablemente que este requerimiento sea OPCIONAL, de modo a dar participación de mayor cantidad de oferentes.	11-11-2021	10:56:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:36:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 7, Ítem 23: Incubadora de Terapia Intensiva En las Especificaciones Técnicas solicitan: Pantalla LCD para visualización de: Humedad y porcentaje de oxígeno en la cúpula. Medición de balanza electrónica. Graficas de tendencias de temperatura, humedad, saturometria y peso. Solicitamos amablemente a la convocante que de modo a dar mayor participación de oferentes esta solicitud se modifique a Pantalla LCD para visualización de: Humedad y porcentaje de oxígeno en la cúpula. Medición de balanza electrónica. Graficas de tendencias de temperatura, humedad y peso.	11-11-2021	10:56:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:36:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 8, Ítem 40: Ventilador Pulmonar de alta complejidad En las Especificaciones Técnicas solicitan: Con compresor o turbina integrada o externa que permita el uso del equipo sin alimentación de aire comprimido de la red del hospital. En caso de ofertar compresor o turbina externa deberá incluir UPS Solicitamos amablemente a la convocante que esta característica sea OPCIONAL, para dar mayor participación a los oferentes y no aumentar mucho el costo del equipo y teniendo en cuenta que el Hospital cuenta con alimentación de aire comprimido.	11-11-2021	10:58:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:37:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 9, Ítem 40: Ventilador Pulmonar de alta complejidad En las Especificaciones Técnicas solicitan: Ventilación no invasiva en neonatos y en pediatría con compensación de fugas de 70LPM o mayor. Solicitamos que el valor de compensación de fugas en Ventilación no invasiva sea de 50 LPM o mayor, siendo que con este valor se cubre totalmente el requerimiento clínico para este parámetro.	11-11-2021	10:58:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:37:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 10, Ítem 40: Ventilador Pulmonar de alta complejidad En las Especificaciones Técnicas solicitan: Tiempo inspiratorio (seg). Límite inferior 0,15 menor y límite superior: 5 o mayor A modo de dar mayor participación a los oferentes, solicitamos que este rango sea modificado a 0.25 o menor y límite superior 15 o mayor, siendo que con este rango se cumple totalmente las necesidades clínicas de este parámetro.	11-11-2021	10:59:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:37:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 11, Ítem 40: Ventilador Pulmonar de alta complejidad En las Especificaciones Técnicas solicitan: Presión Soporte- PSV /cm H2O). Límite inferior 0 y límite superior 70 o mayor A modo de dar mayor participación a los oferentes, solicitamos que este rango sea modificado a: Presión Soporte- PSV /cm H2O). Límite inferior 0 y límite superior 60 o mayor, siendo que con este rango se cumple totalmente las necesidades clínicas de este parámetro.	11-11-2021	10:59:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:37:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 12, Ítem 40: Ventilador Pulmonar de alta complejidad En las Especificaciones Técnicas solicitan: Mecanismo de disparo o Trigger: seleccionable por presión o por flujo. Por presión deberá ser regulable de -0.1 o mayor a -15cm o menor (cmH2O) y por flujo: 0.1 o menor a 15 o mayor. (Límite inferior y límite superior respectivamente) Solicitamos que estos rangos sean los siguientes: Mecanismo de disparo o Trigger: seleccionable por presión o por flujo. Por presión deberá ser regulable de -0.25 o mayor a -10 cm o menor (cmH2O) y por flujo: 0.2 o menor a 9 o mayor. (Límite inferior y límite superior respectivamente), siendo que con este rango se cumple totalmente las necesidades clínicas de este parámetro. Además, un valor de sensibilidad de disparo por flujo mayor a 9 L/min no es utilizado en la práctica clínica.	11-11-2021	11:00:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	17:38:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 13, Ítem 18: Luminoterapia En las Especificaciones Técnicas solicitan: Cabezal con 600 LEDs como mínimo intensidad superior a 40 μ W/cm ² /nm, dentro de una longitud de onda comprendida entre 450 y 470 nm A modo de dar mayor participación a los oferentes, solicitamos que este rango sea modificado a: Cabezal con iluminación LED con intensidad superior a 40 μ W/cm ² /nm, dentro de una longitud de onda comprendida entre 450 y 465 nm Consulta 14, Ítem 18: Luminoterapia En las Especificaciones Técnicas solicitan: Altura regulable de 90 cm (min) - 140 cm (max), profundidad de 72 cm y ancho de 46.5 cm. A modo de dar mayor participación a los oferentes, solicitamos que este rango sea modificado a: Altura regulable de 113 cm o menos - 140 cm o mas, profundidad de 53 cm o más y ancho de 46.5 cm o más.	11-11-2021	11:00:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:38:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 13, Ítem 18: Luminoterapia En las Especificaciones Técnicas solicitan: Cabezal con 600 LEDs como mínimo intensidad superior a 40 μ W/cm ² /nm, dentro de una longitud de onda comprendida entre 450 y 470 nm A modo de dar mayor participación a los oferentes, solicitamos que este rango sea modificado a: Cabezal con iluminación LED con intensidad superior a 40 μ W/cm ² /nm, dentro de una longitud de onda comprendida entre 450 y 465 nm Consulta 14, Ítem 18: Luminoterapia En las Especificaciones Técnicas solicitan: Altura regulable de 90 cm (min) - 140 cm (max), profundidad de 72 cm y ancho de 46.5 cm. A modo de dar mayor participación a los oferentes, solicitamos que este rango sea modificado a: Altura regulable de 113 cm o menos - 140 cm o mas, profundidad de 53 cm o más y ancho de 46.5 cm o más.	11-11-2021	11:01:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:38:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA La longitud de las luminoterapias varia de 420nm a 500nm aproximadamente y no todos los fabricantes utilizan 600leds con intensidad de 40uW/cm2/nm. Solicitamos que diga: Cabezal con LEDs como con intensidad de 40 μ W/cm ² /nm, dentro de una longitud de onda comprendida entre 420 y 500 nm.		11-11-2021	11:01:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.		15-11-2021	17:39:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes poseen área de cobertura de radiación sobre lecho del paciente de 40 x 21 cm.. Solicitamos que diga: área de cobertura de radiación sobre lecho del paciente de 300mmx200mm o mejor rango.		11-11-2021	11:02:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.		15-11-2021	17:39:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Considerando que hoy en día la vida útil de los leds es muy alta. Se solicita especificar la vida útil de los leds de la luminoterapia. Se recomienda 50.000hs como mínimo.		11-11-2021	11:02:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.		15-11-2021	17:39:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta 14, Ítem 18: Luminoterapia En las Especificaciones Técnicas solicitan: El ángulo de tratamiento deberá abarcar 180° A modo de dar mayor participación a los oferentes, solicitamos que este rango sea modificado a: El ángulo de tratamiento deberá abarcar entre 90° a 180° o en su defecto el cabezal deberá ser extraíble		11-11-2021	11:02:46
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		15-11-2021	17:40:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Favor especificar que la luminoterapia no debe tener partes internas móviles como ventiladores internos que producen ruido y estrés al neonato.		11-11-2021	11:03:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		15-11-2021	17:40:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta 15, Ítem 18: Luminoterapia En las Especificaciones Técnicas solicitan: Con sistema que combine LEDs azules y blancos, con interruptores separados. Solicitamos amablemente que este requerimiento sea OPCIONAL, de modo a dar participación de mayor cantidad de oferentes.		11-11-2021	11:03:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		15-11-2021	17:40:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA En el ítem 23 incubadora para terapia intensiva, se solicita: Nivel de ruido: menor que 48 dB o menos. Pero en el equipo de luminoterapia se solicita nivel de ruido Nivel de ruido <60 dBA, es decir, la luminoterapia puede producir mayor ruido que la incubadora?, eso no es correcto, porque puede tener 59dB que es mucho mayor que el nivel solicitado en la incubadora. Esto viola la NORMA IEC60601-2-19 Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las incubadoras de bebé. Solicitamos que el nivel de ruido sea igual que solicitado en el ítem 23, luego debe decir: Nivel de ruido: menor que 48 dB o menos.		11-11-2021	11:03:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		15-11-2021	17:40:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta 16, Ítem 18: Luminoterapia En las Especificaciones Técnicas solicitan: Deberá poseer display interconstruidos con contador de horas de tratamiento (reseteable por el usuario) y contador de horas total (vida útil lámparas) e indicador de fallas en panel de control. Solicitamos amablemente que este requerimiento sea OPCIONAL, de modo a dar participación de mayor cantidad de oferentes.		11-11-2021	11:03:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		15-11-2021	17:41:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA No todos los fabricantes poseen Altura regulable de 90 cm (min) - 140 cm (max), profundidad de 72 cm y ancho de 46.5 cm. Solicitamos que diga: Altura regulable de 90 cm (min) - 140 cm (max), profundidad de 72 cm y ancho de 46.5 cm, aproximadamente.	11-11-2021	11:03:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:41:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes poseen valores exactos. Se solicita que donde dice: ángulo de tratamiento deberá abarca 180° debe decir: l ángulo de tratamiento deberá abarca 180°, aproximadamente.	11-11-2021	11:03:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:42:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 17, Ítem 33: Servocuna En las Especificaciones Técnicas solicitan: Temperatura de la cuna. Solicitamos amablemente que este requerimiento sea OPCIONAL, de modo a dar participación de mayor cantidad de oferentes.	11-11-2021	11:04:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:42:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Marcapaso. Amplitud: 5mA a 200mA solicitamos permita ofertar equipos con Marcapaso. Amplitud: 5mA a 140mA o mejor	11-11-2021	11:05:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	17:42:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 18, Ítem 33: Servocuna En las Especificaciones Técnicas solicitan: Sistema calefactor desmontable para facilitar la limpieza y desinfección y/o mantenimiento de acuerdo a la necesidad. Solicitamos amablemente que este requerimiento sea OPCIONAL, de modo a dar participación de mayor cantidad de oferentes.	11-11-2021	11:05:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:42:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 19, Ítem 33: Servocuna En las Especificaciones Técnicas solicitan: Deberá seguir calentando al paciente durante las maniobras Solicitamos amablemente que este requerimiento sea OPCIONAL, debido que, por seguridad del usuario, el calentador se apaga cuando el cabezal se mueve de posición para la realización de procedimientos como ser la toma de una placa de Rayos X.	11-11-2021	11:05:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:43:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 20, Ítem 33: Servocuna En las Especificaciones Técnicas solicitan: Regulación de volumen de alarmas. Solicitamos amablemente que este requerimiento sea OPCIONAL	11-11-2021	11:06:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:43:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 21, Ítem 33: Servocuna En las Especificaciones Técnicas solicitan: Características de luminoterapia: Integrada al cabezal radiante.Longitud de onda comprendida entre 240 y 470nm.Área mínima de cobertura de radiación sobre lecho del paciente: 400mmx200mm.Contador de horas de tratamiento reseteable. Indica el tiempo de tratamiento de los pacientes. Contador de horas total fijo. Indica las horas de funcionamiento de la fototerapia.	11-11-2021	11:07:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se detalla en específico cual es la consulta.	15-11-2021	17:43:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta 21, Ítem 33: Servocuna En las Especificaciones Técnicas solicitan: Características de luminoterapia: Integrada al cabezal radiante. Longitud de onda comprendida entre 240 y 470nm. Área mínima de cobertura de radiación sobre lecho del paciente: 400mmx200mm. Contador de horas de tratamiento reseteable. Indica el tiempo de tratamiento de los pacientes. Contador de horas total fijo. Indica las horas de funcionamiento de la fototerapia. Solicitamos amablemente que este requerimiento sea eliminado o quede como OPCIONAL, debido a que en este mismo llamado a Licitación esta incluido en el ítem 18 equipos para Luminoterapia.	11-11-2021	11:08:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:44:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 22, Ítem 33: Servocuna En las Especificaciones Técnicas solicitan: Termostato adicional de seguridad para el caso de avería del termostato de temperatura ambiente próxima al paciente. Solicitamos amablemente que este requerimiento sea OPCIONAL	11-11-2021	11:08:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:44:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA La longitud de las luminoterapias varía de 420nm a 500nm aproximadamente y no todos los fabricantes utilizan 600leds con intensidad de 40uW/cm ² /nm. Solicitamos que diga: Cabezal con LEDs como con intensidad de 40 μ W/cm ² /nm, dentro de una longitud de onda comprendida entre 420 y 500 nm.	11-11-2021	11:08:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:45:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 23, Ítem 33: Servocuna En las Especificaciones Técnicas solicitan: Memoria no volátil para almacenamiento de parámetros en caso de corte de suministro eléctrico. Solicitamos amablemente que este requerimiento sea OPCIONAL	11-11-2021	11:09:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:45:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes poseen área de cobertura de radiación sobre lecho del paciente de 40 x 21 cm.. Solicitamos que diga: área de cobertura de radiación sobre lecho del paciente de 300mmx200mm o mejor rango.	11-11-2021	11:09:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	17:46:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Considerando que hoy en día la vida útil de los leds es muy alta. Se solicita especificar la vida útil de los leds de la luminoterapia. Se recomienda 50.000hs como mínimo.	11-11-2021	11:09:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	17:46:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 24, Ítem 33: Servocuna En las Especificaciones Técnicas, en la parte de accesorios solicitan: Una luminoterapia integrada. Una báscula integrada o interconstuida con el despliegue del peso sin tener que interrumpir el calor radiante. Solicitamos amablemente que estos requerimientos sean OPCIONALES, de modo a dar mayor participación a oferentes.	11-11-2021	11:09:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:47:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor especificar que la luminoterapia no debe tener partes internas móviles como ventiladores internos que producen ruido y estrés al neonato.	11-11-2021	11:09:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:47:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 6 solicitan: * 1 Caja de acero inoxidable c/ tapa c/ mango de dimensiones acorde al contenido y que permita la correcta esterilización de su contenido, dimensiones acordes a la medida de los instrumentales cotizados. Sugerimos a la convocante poder considerar también cotizar cajas de aluminio anodizado, puesto que esto no afectará la funcionalidad y cumplirá con los mismos fines, además permitirá la participación de mayor número de oferentes.	11-11-2021	11:10:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:47:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 14, Ítem 18: Luminoterapia En las Especificaciones Técnicas solicitan: Altura regulable de 90 cm (min) - 140 cm (max), profundidad de 72 cm y ancho de 46.5 cm. A modo de dar mayor participación a los oferentes, solicitamos que este rango sea modificado a: Altura regulable de 113 cm o menos - 140 cm o mas, profundidad de 53 cm o más y ancho de 46.5 cm o más.	11-11-2021	11:10:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:47:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 5 solicitan: "COMPATIBLE CON TAMAÑOS DE JERINGA DESDE 5mL. A 60mL." Sugerimos a la convocante modificar a Compatible con tamaños de jeringa desde 2ml a 60ml ya que al tratarse de equipos que operarán en un Hospital pediátrico es importante que los mismos funcionen con jeringas pequeñas que minimicen errores de infusión para varios medicamentos que se suministran en dosis muy pequeñas. Por otro lado, el Hospital Acosta Ñu cuenta actualmente con equipos de altas prestaciones y una precisión tal que operan con jeringas muy pequeñas; con las especificaciones actuales se degradan las características de los equipos con respecto a los ya adquiridos en procesos licitatorios anteriores.	11-11-2021	11:17:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:48:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 5 solicitan: "Rango de flujo de 0,1mL/h a 99.9mL/h en incrementos de 0,01mL/h. Rango de flujo de 100 a 1000mL/h, con incrementos de 0,1mL/h" Solicitamos a la convocante modificar a Rango de flujo de 0,01 ml/h a 99.9ml/h en incrementos de 0.01ml/h. Rango de flujo de 100 a 999,9 ml/h, con incrementos de 0,1 ml/h. Considerando que en términos de flujo, disminuir el límite superior en 0,1 ml no afectará las prestaciones de las bombas de infusión a jeringa; por otro lado, es importante tener en cuenta que dichos equipos se utilizan en servicios como anestesia, neonatología donde la precisión de la infusión es de vital importancia, por lo que se recomienda una resolución mínima de 0,01 ml/h.	11-11-2021	11:19:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:48:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 5 solicitan: Línea de extensión o prolongador esteril con fecha de vencimiento mínimo a 1 año de la fecha de entrega del producto, paq. X 50 (1) Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad de líneas de extensión requeridas ¿Serían 50 unidades en total ópor cada bomba de infusión a jeringa?	11-11-2021	11:21:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
50 unidades por cada bomba de infusion.	15-11-2021	17:48:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 5 solicitan: Veinte jeringas de 60mL. compatibles con el equipo. Veinte jeringas de 5mL. compatibles con el equipo. Solicitamos a la convocante aclarar si la cantidad solicitada para ambos tamaños de jeringa es en total o por cada bomba de infusión a jeringa. Asimismo, solicitamos considerar jeringas de 50ml ó 60ml a modo de posibilitar la entrega de jeringas del mismo fabricante que las bombas de infusión.	11-11-2021	11:22:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Por cada bomba de infusion.	15-11-2021	17:49:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El precio referencial para el ítem 5 es de Gs. 9.541.044.- el cual según se puede apreciar en el documento Dictamen de Rectificación N° 18/2021, se estipuló en base a un histórico de ofertas adjudicadas; sin embargo, una de las referencias es muy antigua, data del 2016, e impacta significativamente en el cálculo del precio referencial establecido. Por otro lado, las especificaciones técnicas consideradas no son las mismas; por ejemplo, en las licitaciones utilizadas como referencia, no habían solicitado los accesorios de línea de extensión ni las jeringas. Por tal motivo, solicitamos por favor rever el precio referencial y considerar mínimamente el del proceso licitatorio más reciente cuyo ID es 399900, ya que los precios de mercado no son los mismos de hace 5 años atrás y las EETT de los equipos se van optimizando y mejorando año a año como desarrollo tecnológico para la mayoría de los fabricantes.	11-11-2021	11:22:34
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No será modificado.	15-11-2021	17:50:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 6 solicitan: * 1 Caja de acero inoxidable c/ tapa c/ mango de dimensiones acorde al contenido y que permita la correcta esterilización de su contenido, dimensiones acordes a la medida de los instrumentales cotizados. Sugerimos a la convocante poder considerar también cotizar cajas de aluminio anodizado, puesto que esto no afectará la funcionalidad y cumplirá con los mismos fines, además permitirá la participación de mayor número de oferentes.	11-11-2021	11:23:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:50:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Ventilación por presión adaptativa por volumen garantizado-ventilación mandataria intermitente sincronizada-presión soporte (APVG-SIMV-PS) solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar como opción la modalidad Ventilación adaptativa o proporcional asistida para pacientes pediátricos, adultos y neonatales que es su equivalente, hasta incluso mejor. Esto considerando a los distintos nombre o adaptaciones utilizadas por los diversos fabricantes. De esta manera no se estaría limitando la participación de oferentes a un solo proveedor	11-11-2021	11:24:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Toda vez que el modo ventilatorio sea equivalente a lo solicitado en las especificaciones tecnicas, será aceptado el equipo.	15-11-2021	17:50:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Controlada por presión con Volumen garantizado (PCV+VG) solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar como opción la modalidad PRVC o Ventilación Adaptativa proporcional, y así dar apertura al ítem para la participación de más de un oferente.	11-11-2021	11:24:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Toda vez que el modo ventilatorio sea equivalente a lo solicitado en las especificaciones tecnicas, será aceptado el equipo.	15-11-2021	17:51:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 36 muy dirigidas a un solo proveedor. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para permitir la participación de más oferentes.	11-11-2021	11:24:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Clarificar la consulta.	15-11-2021	17:51:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Volumen corriente exhalado y volumen corriente espontaneo solicitamos amablemente a la convocante que el parámetro volumen corriente espontaneo sea considerado opcional, ya que con el parámetro Volumen minuto espontaneo solicitado en un ítem anterior ya se cuenta con lo solicitado de manera indirecta, y además limita la participación de potenciales oferentes y este parámetro no afecta en la performance del equipo y mucho menos al paciente; solamente limita la participación de potenciales oferentes que cuentan con equipos de altas prestaciones.	11-11-2021	11:26:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:52:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En punto donde dice Longitud del brazo portatubo 600 a 1100 mm o mejor solicitamos a la convocante señalar un solo valor de longitud, ya que se presta a confusión si la longitud debe estar en un rango o debe ser retráctil. En equipos portátiles los brazos del tubo son fijos de longitud no así en los equipos fijos. Por lo expuesto solicitamos mejorar la descripción de la siguiente manera: Longitud del brazo portatubo 1100 mm o mejor.	11-11-2021	11:27:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:52:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Tiempo de disparo de 0,001 seg o menor y 2 seg o mayor solicitamos amablemente a la convocante aclarar si el ítem corresponde al tiempo de exposición ya solicitado en un punto anterior de las especificaciones técnicas y consolidar en un solo punto lo solicitado	11-11-2021	11:27:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:53:02
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Variación de mAs 1 mAs o menor a 250 mAs o mayor solicitamos amablemente a la convocante actualizar el valor máximo de mAs en función a la máxima corriente solicitada en la Adenda N° 3 de 300 mA como máximo, ya que este parámetro afecta al rango de mAs. Por eso solicitamos que el rango de mAs sea de 1 o menor a 200 o mayor.		11-11-2021	11:27:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.		15-11-2021	17:53:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Técnicas Anatómicas Programables (OPCIONAL) solicitamos amablemente a la convocante NO considere este ítem como opcional, puesto que es una característica muy importante para las buenas practicas, ya que de manera automática setea o configura los parámetros del equipo según la anatomía y tamaño del paciente. Y de esta forma se garantiza que la técnica y dosis que recibirá el paciente sea la menor y mas eficiente para la mejor calidad de imagen para el diagnostico. Con técnicas de anatomía en los equipos se tiene mínimamente técnicas para radiografía de tórax, extremidades, cabeza, etc permitiendo una nivelación y que todas las radiografías que se tomen con el equipo tengan la misma calidad y no dependa exclusivamente de la expertise del tecnico radiologo, que en caso de que no este este opcional, se podría tener con un tecnico buenas imágenes mientras que con otro menos experimentado muy malas imágenes donde se requiera repetir las radiografías, lo que conlleva a volver a exponer al paciente a radiaciones ionizantes y esto no es lo recomendado por la OMS ni la OEL.		11-11-2021	11:28:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.		15-11-2021	17:53:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde se solicita "Rotación de la columna portatubo ± 90 grados o mejor" Las columnas portatubo rotantes son característicos de equipos con brazos telescópicos. Se solicita a la convocante la remoción de este apartado o que el mismo sea opcional, debido a que esta característica se encuentra asociada al modelo del equipo y/o fabricación cuya funcionalidad clínica puede ser perfectamente cubierta con características de movilidad inherentes al equipo en sus demás funcionalidades móviles y, de mantener el requerimiento, limitarían la participación de distintos oferentes cuya calidad en el equipo no se encuentra limitada por esta condición. Cabe destacar que las certificaciones de Comunidad Europea (CE) o FDA, garantizan las funcionalidades para potenciales imágenes requeridas. Se sugiere agregar al presente enunciado la opción o brazo contrabalaceado, ya que esta característica brinda los siguientes beneficios: o Mayor versatilidad en movimiento o Mayor capacidad de alcanzar cualquier proyección y numerosas tomas desde cualquier ángulo o Equipo más compacto, que permite un traslado cómodo y seguro del equipo.		11-11-2021	11:35:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		15-11-2021	17:54:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos que el monitoreo de temperatura y humedad sea opcional		11-11-2021	11:35:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		15-11-2021	17:54:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde se solicita "Rotación de tubo alrededor de su eje +102 grados min., -40 grados max. o mejor" Se solicita a la convocante la modificación de este parámetro de la siguiente manera +/- 102 grados min; -30 grados o más. Aclarar que es mejor, si es mayor o menor considerado como mejor.		11-11-2021	11:35:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.		15-11-2021	17:54:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde se solicita "Tiempo de disparo de 0,001 seg o menor y 2 seg o mayor." Se solicita a la convocante ampliar el rango de tiempo de exposición de 0.004 seg o menor a 2 segundos o mayor. Ya que esta modificación no representa un impacto significativo en el flujo operativo ni en la dosis sugerida para los procedimientos con equipos de este porte. Y permitiría la participación de una mayor cantidad de oferentes.		11-11-2021	11:36:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.		15-11-2021	17:54:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde se solicita "Rango de Kilovoltios de 45 kV o menor a 125 kV o mayor en pasos de no mayor a 1 kV" Los equipos portátiles de los fabricantes más conocidos manejan de 40 a 130 kV. Estos permiten realizar todo tipos de estudios y obtener excelentes contrastes y calidad de imagen. Por lo tanto, se solicita la modificación de este parámetro para la participación de una mayor cantidad de oferentes.		11-11-2021	11:36:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:55:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Software que permita obtener una imagen de las estructuras internas de los PULMONES" solicitamos amablemente a la convocante poder modificar dicho punto a equipos con Software y/o presets para imagen pulmonar, debido a que la técnica de ultrasonido no permite visualizar la estructura interna del pulmón, por lo que es imposible obtener una imagen de ella. Lo que algunas marcas poseen es la capacidad de evaluar por ultrasonido, artefactos producidos sobre la estructura superficial del pulmón, mientras que la mayoría de los fabricantes permiten realizar presets dedicados para evaluar los pulmones.	11-11-2021	11:37:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N° 03.	15-11-2021	17:55:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Frecuencia de 40 kHz o mayor" Se solicita a la convocante solicitar que la frecuencia del equipo este acorde a la tecnología propia de cada fabricante. Cada casa comercial diseña sus sistemas de RX portátiles con una frecuencia propia de generador para un funcionamiento optimo del equipo y un proceso correcto de obtención de imagen.	11-11-2021	11:37:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:55:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Puntos focales: Foco fino 0,8mm o menor, foco grueso 1,3mm." Esta plenamente demostrado en la práctica clínica que, los equipos portátiles de un solo punto focal presentan un rendimiento igual al de los equipos portátiles de 2 puntos focales. De esta manera, permitirían la participación de equipos con amplia experiencia en el mercado local e internacional, sin que vaya en detrimento de la calidad de la imagen, ya que, los tamaños o cantidades de puntos focales son características relacionadas a la fabricación de los equipos conforme a los lineamientos de cada empresa y no una característica que aporte mayor o menor valor clínico. Se sugiere indicar el parámetro de la siguiente manera: Foco fino de aprox. 0.6 mm y foco grueso de aprox. 1.2 mm. O un solo punto focal de 0.8 mm o menor	11-11-2021	11:38:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:56:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice "Capacidad de post-procesamiento de imágenes y vídeos de archivo en datos crudos" solicitamos amablemente a la convocante poder modificar dicho punto a equipos con Capacidad de post-procesamiento de imágenes y vídeos de archivo en datos crudos y/o nativos, debido a que esto no afecta ni a la calidad ni a la precisión de las imágenes diagnósticas.	11-11-2021	11:38:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	17:56:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Foco luminosa temporizada 30 s" Se sugiere a la convocante que la opción temporizada sea opcional o eliminarlo. Muchos equipos de altas prestaciones presentan este funcionamiento de forma manual (el operador enciende el campo de colimación, realiza la exposición y posteriormente apaga el campo)	11-11-2021	11:38:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	17:56:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Técnicas Anatómicas Programables" Al ser un equipo analógico las técnicas y configuración de los parámetros de exposición se realizan de forma manual y son dependientes de un operador. Por ende, se solicita colocar el presente ítem como opcional o eliminarlo. Las programaciones anatómicas son características propias de los equipos digitales (Programa de órganos), no así de los equipos analógicos.	11-11-2021	11:39:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	17:57:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar Velocidad de barrido de presentación de curva en pantalla seleccionable en al menos los siguientes valores [mm/s]: 12,5 / 25 / 50mm/seg o mejor.	11-11-2021	11:39:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, podrá cotizarse con esos parametros.	15-11-2021	17:57:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde se solicita "Tiempo de exposición 1ms a 2,5seg o superior" Se solicita a la convocante modificar el rango de tiempo de exposición de 0.004 s a 8 segundos o menor. Ya que esta modificación no representa un impacto significativo en el flujo operativo ni en la dosis sugerida para los procedimientos con equipos de este porte.	11-11-2021	11:39:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	17:57:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el modulo de etCO2 debe contar con tecnologías de flujo principal y de flujo lateral.	11-11-2021	11:40:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, podrá contar con dichas funcionalidades.	15-11-2021	17:58:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita "Panel de Comando táctil (touch screen) para ajuste de KV, mA, tiempo, mAs." Se solicita a la convocante la modificación de este apartado o que el mismo sea opcional. Existen equipos de altas prestaciones que tienen paneles de comando con botones. La modificación de este parámetro no influye en las prestaciones clínicas y/o calidad de imagen que brinda un equipo.	11-11-2021	11:40:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 02.	15-11-2021	17:58:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Transductor Convex Array con un ancho de banda de 1 a 5 Mhz con profundidad de escaneado hasta 40 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo", estamos solicitando una modificación mínima de los rangos de frecuencias, las cuales no afectarán a la calidad del diagnóstico. Solicitamos modificar el punto a Transductor Convex Array con un ancho de banda de 1.5 a 5 Mhz con profundidad de escaneado hasta 30 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.	11-11-2021	11:45:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:59:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Transductor Phased Array con un ancho de banda de 1 a 5 Mhz con profundidad de escaneado hasta 35 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.", estamos solicitando una modificación mínima de los rangos de frecuencias, las cuales no afectarán a la calidad del diagnóstico. Solicitamos modificar el punto a Transductor Phased Array con un ancho de banda de 1.2 a 5 Mhz con profundidad de escaneado hasta 30 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.	11-11-2021	11:46:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	15-11-2021	17:59:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Transductor Convex Array con un ancho de banda de 1 a 5 Mhz con profundidad de escaneado hasta 40 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.", solicitamos amablemente a la convocante poder modificar dicho punto a "Transductor Convex Array con un ancho de banda de Rango inferior de 1.0 MHz (+/- 0.5). Rango superior igual o mayor a 5 MHz, con profundidad de escaneado hasta 30 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo", ya que esto permitiría la participación de una mayor cantidad de oferentes. Teniendo en cuenta que dichos parámetros son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos, sin afectar la precisión y calidad de la imagen.	15-11-2021	17:18:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	18-11-2021	12:14:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Transductor Phased Array con un ancho de banda de 1 a 5 Mhz con profundidad de escaneado hasta 35 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.", solicitamos amablemente a la convocante poder modificar dicho punto a "Transductor Phased Array con un ancho de banda de Rango inferior de 1.0 MHz (+/- 0.5). Rango superior igual o mayor a 5 MHz, con profundidad de escaneado hasta 30 cm o mejor. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo", ya que esto permitiría la participación de una mayor cantidad de oferentes. Teniendo en cuenta que dichos parámetros son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos, sin afectar la precisión y calidad de la imagen.	15-11-2021	17:20:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	18-11-2021	12:15:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto donde dice Presión Inspiratoria (cm H2O). De 1 o menor a 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante mejore el rango a los valores clínicos utilizados reales y usados en la práctica en ventilación mecánica, valores de presión inspiratoria de 1 cmH2O o menores no son utilizados y solo se ajusta a la limitación de participación de potenciales oferentes para que solo un fabricante pueda ofertar. Los rangos mínimos de presión son de 5 cmH2O. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Presión Inspiratoria (cm H2O). De 5 o menor a 80 o mayor.	15-11-2021	18:34:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC.	18-11-2021	12:16:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Tiempo Inspiratorio (s). Límite inferior 0,1 o menor. Límite superior 3 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo inspiratorio con límite superior de al menos 2 seg, y dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes	15-11-2021	18:35:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	12:17:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Presión Soporte (mbar) Límite inferior 0. Límite superior 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con límite inferior de Presión Soporte de 2 mBar y así dar participación a potenciales oferentes.	15-11-2021	18:35:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	12:18:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por al menos 31 día solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de almacenamiento de eventos de al menos 5 días, permitiendo de esta manera la participación de potenciales oferentes y no a que un solo fabricante cotice en esta licitación	15-11-2021	18:36:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	12:19:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Pantalla gráfica LCD a colores de 15" o mayor para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con pantalla de al menos 10 y de esta manera dar a apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes.	15-11-2021	18:37:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	12:19:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Ventilación por presión adaptativa por volumen garantizado-ventilación mandataria intermitente sincronizada-presión soporte (APVG-SIMV-PS) solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar como opción la modalidad Ventilación adaptativa o proporcional asistida para pacientes pediátricos, adultos y neonatales que es su equivalente, hasta incluso mejor. Esto considerando a los distintos nombre o adaptaciones utilizadas por los diversos fabricantes. De esta manera no se estaría limitando la participación de oferentes a un solo proveedor.	15-11-2021	18:38:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Toda vez que el modo ventilatorio sea equivalente a lo solicitado en las especificaciones técnicas, se podrá cotizar.	18-11-2021	12:21:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Controlada por presión con Volumen garantizado (PCV+VG) solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar como opción la modalidad PRVC o Ventilación Adaptativa proporcional, y así dar apertura al ítem para la participación de más de un oferente.	15-11-2021	18:38:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Toda vez que el modo ventilatorio sea equivalente a lo solicitado en las especificaciones técnicas, se podrá cotizar.	18-11-2021	12:22:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En punto donde dice Longitud del brazo portatubo 600 a 1100 mm o mejor solicitamos a la convocante señalar un solo valor de longitud, ya que se presta a confusión si la longitud debe estar en un rango o debe ser retráctil. En equipos portátiles los brazos del tubo son fijos de longitud no así en los equipos fijos. Por lo expuesto solicitamos mejorar la descripción de la siguiente manera: Longitud del brazo portatubo 1100 mm o mejor.	15-11-2021	18:38:57

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	12:22:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Variación de mAs 1 mAs o menor a 250 mAs o mayor y Variación de mAs 1 mAs o menor a 220 mAs o mayor solicitamos amablemente a la convocante aclarar cual de los dos puntos es el que se debe considerar para la cotización del equipo, solicitamos considerar el siguiente: Variación de mAs 1 mAs o menor a 220 mAs o mayor, y de esta forma dar participación a potenciales oferentes.	15-11-2021	18:39:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Deben ser considerados los 2 puntos, ya que el primer punto corresponde al rango de operación del generador de alta tensión y el segundo punto corresponde a la variación de mAs en la que puede ser regulada.	18-11-2021	12:30:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Técnicas Anatómicas Programables (OPCIONAL) solicitamos amablemente a la convocante NO considere este ítem como opcional, puesto que es una característica muy importante para las buenas practicas, ya que de manera automática setea o configura los parámetros del equipo según la anatomía y tamaño del paciente. Y de esta forma se garantiza que la técnica y dosis que recibirá el paciente sea la menor y mas eficiente para la mejor calidad de imagen para el diagnostico. Con técnicas de anatomía en los equipos se tiene mínimamente técnicas para radiografía de tórax, extremidades, cabeza, etc permitiendo una nivelación y que todas las radiografías que se tomen con el equipo tengan la misma calidad y no dependa exclusivamente de la expertise del tecnico radiologo, que en caso de que no este este opcional, se podría tener con un tecnico buenas imágenes mientras que con otro menos experimentado muy malas imágenes donde se requiera repetir las radiografías, lo que conlleva a volver a exponer al paciente a radiaciones ionizantes y esto no es lo recomendado por la OMS ni la OEI.	15-11-2021	18:39:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	12:31:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Ventilación adaptativa o proporcional asistida para pacientes pediátricos, adultos y neonatales solicitamos amablemente a la convocante aclarar que este modo de ventilación adaptativa o proporcional es para pacientes pediátricos y adultos, en neonatos aun la FDA no lo aprobó y además clínicamente no esta demostrado ni probado en pacientes neonatales. Esta modalidad es para pacientes pediátricos y adultos. Solicitamos a la convocante que el ítem quede de la siguiente manera Ventilación adaptativa o proporcional asistida para pacientes pediátricos, adultos y neonatales (opcional) y de esta manera no limitar la participación de potenciales oferentes.	15-11-2021	23:09:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	12:31:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Em el ítem 40 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA se solicita rango de presión de aire comprimido y Oxígeno de 2,7 a 6,0 bar (o de 270 a 600 kPa o de 39 a 87 psi) y en el ítem 39 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA el rango solicitado es de Presión de entrada de 2.5 - 7bar. Se solicita igualar todos los rangos a Rango de presión de aire comprimido y Oxígeno de: 2,7 a 6,0 bar (o de 270 a 600 kPa o de 39 a 87 psi) o mejor.	16-11-2021	07:11:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	12:32:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Para evitar confusiones, se solicita retirar de las especificaciones todas las solicitudes que tienen la palabra OPCIONAL	16-11-2021	07:11:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	12:33:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Por definición de nebulización es el depósito de partículas aerosolizadas de 1 a 5µm de tamaño para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, favor aclarar si el sistema de nebulización debe ser electrónico debe cumplir con este rango del tamaño de partículas y que no debe modificar el volumen corriente del ventilador agregando flujo adicional, especialmente en ventilación de neonatos. Favor especificar la cantidad de nebulizadores electrónicos solicitados, se recomienda 5 unidades como mínimo.	16-11-2021	07:12:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	12:35:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta: Favor aclarar si el modo de nebulización debe ser: NEBULIZACION CONTINUA, sin control del tiempo y NEBULIZACION TEMPORIZADA con control y ajuste del tiempo de nebulización en la pantalla del ventilador con parada automática.	16-11-2021	07:12:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El modo de nebulización, debe poder configurarse con la inspiración por tiempo y posibilidad de parada sin control del tiempo	18-11-2021	12:36:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Generalmente los ventiladores de transporte tienen válvula espiratoria externa. Favor solicitamos que la válvula exhalatoria sea interna e incorporada al equipo.	16-11-2021	07:12:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El ítem 39 no corresponde a un ventilador de transporte.	18-11-2021	12:38:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Se consulta si el equipo debe poseer Pausa inspiratoria y Pausa espiratoria de 0 a 30seg, ajustable por el usuario.	16-11-2021	07:13:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	12:39:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta La modalidad TCPL, nTCPL es una modalidad ventilatoria obsoleta, no se usa más. Solamente el ventilador Vyaire CareFusion modelo AVEA lo mantiene. Actualmente se utiliza la modalidad Control por Presión, que es muy superior a TCPL porque el ventilador controla la Presión inspiratoria. En la modalidad TCPL la presión inspiratoria no se controla solamente la limita y depende del flujo programado para alcanzar la presión seleccionada. Solicitamos colocar TCPL o mejor de forma a no dirigir las especificaciones al ventilador AVEA.	16-11-2021	07:13:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	13:35:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Los modos ventilatorios son muy confusos. Recomendamos no utilizar siglas y si explicar las modalidades para que sean claras para todos: Para Ventilación Invasiva (VI): -Control por Presión (PC) -Control por Volumen (VC) -Presión Regulada con Control del Volumen o Volumen Objetivo con Presión Regulada (PRVC). -SIMV con Presión Soporte -CPAP con Presión Soporte Para Ventilación No Invasiva (VNI): - Ventilación No Invasiva por Presión Control. -Ventilación No Invasiva por Presión Soporte. -CPAP Nasal. Favor verificar y retirar las siglas innecesarias que sólo confunden.	16-11-2021	07:14:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	13:36:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Se consulta si el humidificador debe incluir los sensores de temperatura para la cámara y para el circuito y si debe tener el cable conector para uno o dos alambres calientes para circuitos descartables.	16-11-2021	07:14:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas se establece "Se deberán incluir todos los accesorios no contemplados en estas especificaciones técnicas que sean necesarios para el normal funcionamiento de los equipos". Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:02:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Creemos que existe un error, las máscaras naso bucales o total face son para pacientes pediátricos y adultos. Para neonatos se utilizan para VNI por CPAP Nasal, cánulas nasales y máscaras nasales. Favor definir la cantidad de cánulas y máscaras nasales, por ejemplo se recomienda: Gorros con las siguientes cantidades y medidas de circunferencia: (1) gorro de 19 a 21cm, (2) gorro de 21cm a 23cm, (2) gorros de 23cm a 25,5cm, (2) gorros de 25,5cm a 28cm, (1) gorros de 28cm a 30cm, (1) gorros de 30cm a 33cm, (1) gorro de 33cm a 36cm. Cánulas nasales, fabricadas en silicona, con los siguientes cantidades y tamaños: (1) para pacientes hasta 500g, (2) para pacientes de 500 a 1.000g, (2) para pacientes de 1.000g a 1.500g, (3) para pacientes de 1.500g a 2.200g, (2) para pacientes de 2.200g a 3.000g. Máscaras, fabricadas en silicona, con las siguientes cantidades y tamaños de: (1) para pacientes hasta 1.000g, (1) para pacientes de 1.000g a 2.000g, (1) para pacientes de 2.000g a 3.000g, (1) para pacientes de 3.000g a 4.000g. También se deben incluir todos los accesorios necesarios para su conexión al ventilador pulmonar y fijación a la cabeza del paciente.	16-11-2021	07:14:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	13:41:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA Consideramos que existe un error, en una parte solicitan: Auto PEEP (condición indispensable), MIP (OPCIONAL) y P100 (OPCIONAL) y en otra Índice P0.1 (presión de oclusión), valor presentado y tendencia. El P100 y el P0.1 son lo mismo, se recomienda que no sea opcional porque es un parámetro de destete.	16-11-2021	07:14:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	12:44:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA EN EL ITEM 39 VENTILADOR DE ALTA COMPLEJIDAD considera la compensación automática de caída de presión en tubo endotraqueal como OPCIONAL y en el ítem 40 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA se solicita: Compensación automática de tubo (ATC) con selección de tamaño de tubo endotraqueal y de tubo de traqueotomía ó compensación automática a través del flujo continuo. Para no dirigir las especificaciones, solicitamos igualdad de criterios y considerar esta solicitud como OPCIONAL como en el ítem 39	16-11-2021	07:32:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04. Solicitamos el Ventilador de Alta Frecuencia con mejores prestaciones en algunos parámetros debido a que será utilizado mayormente en pacientes neonatos/ pediátricos.	18-11-2021	12:47:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Por definición de nebulización es el depósito de partículas aerosolizadas de 1 a 5µm de tamaño para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, favor aclarar si el sistema de nebulización debe ser electrónico debe cumplir con este rango del tamaño de partículas y que no debe modificar el volumen corriente del ventilador agregando flujo adicional. Favor especificar también la cantidad de nebulizadores electrónicos solicitados, se recomienda 5 unidades como mínimo.	16-11-2021	07:33:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:02:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor considerar la solicitud: Ventilación controlada por presión para garantizar un volumen minuto mandatorio (PC-MMV) o Ventilación controlada por presión para garantizar un volumen corriente (PC-VC), o de lo contrario se dirige las especificaciones a un fabricante.	16-11-2021	07:33:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	13:44:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes poseen suspiro en alta frecuencia, generalmente lo poseen los ventiladores basados en sistema Venturi y no todos utilizan Venturi para hacer alta frecuencia. Nuestro fabricante utiliza ventilación por alta frecuencia por variación de la inercia del flujo. Favor considerar esta solicitud como OPCIONAL de forma a no limitar los oferentes.	16-11-2021	07:33:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	13:44:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que el ventilador es para neonatos, se consulta si el ventilador debe poseer Ventilación no invasiva por CPAP Nasal. Favor verificar.	16-11-2021	07:34:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	13:45:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes miden Presión mínima en las vías aéreas se solicita que esta solicitud diga, Presión mínima o Presión en la vía aérea al final de la espiración de forma a no dirigir las especificaciones.	16-11-2021	07:34:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	13:45:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Donde dice: Relación I:E. De 1:300 a 600:1 o mejor rango, solicitamos no se coloquen rangos con valores específicos que sólo un fabricante atiende, y que diga: Relación I:E, porque de lo contrario se dirige las especificaciones al modelo Dräger Babylog VN500.	16-11-2021	07:35:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	13:48:41

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes poseen puertos de entrada y salida a través de un conector RS 232. Considerar que el (Recommended Standard 232) fue desarrollado en 1.969. Solicitamos que diga: puertos de entrada y salida a través de un conector RS 232. o un puerto USB o mejor.		16-11-2021	07:35:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.		18-11-2021	13:49:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA En el ITEM 39 VENTILADOR DE ALTA COMPLEJIDAD se solicita CPAP espontaneo con línea de base elevada (PSV) y nCPAP (no invasivo o nasal) y en el item 40 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA no se solicita. Debido a que se trata de un ventilador para neonatos es fundamental que tenga CPAP Nasal o nCPAP no invasivo. Favor verificar y considerar esta modalidad.		16-11-2021	07:40:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En el Item 40 - Ventilador de Alta Frecuencia se solicita ventilación no invasiva, esto implica que los modos ventilatorios solicitados deben ser compatibles con VNI, además en accesorios se solicita Cánulas Nasaes.		18-11-2021	12:50:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita Ventilación limitada por presión (PLV) no se usa más y es obsoleta y solo sirve para dirigir las especificaciones. Actualmente se usa el CONTROL POR PRESION (PCV) o PRESION CONTROL que ya está incluida. Se solicita que donde dice: Ventilación limitada por presión (PLV) deba decir: Ventilación limitada por presión (PLV) o mejor		16-11-2021	08:08:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.		18-11-2021	12:51:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el flujo base se refiere al ajuste de flujo en la ventilación no invasiva por Alto flujo. Consideramos que si el ventilador es pediátrico/adulto, el flujo base debe ser ajustable de 0 a 60L/min. Favor verificar.		16-11-2021	08:08:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El ventilador debe ser para pacientes adultos, pediátricos y neonatales, además el flujo base se refiere al flujo que se programa para que cuando baje este nivel se produzca la inhalación.		18-11-2021	16:19:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta: Por definición de nebulización es el depósito de partículas aerosolizadas de 1 a 5um de tamaño para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, favor aclarar si el sistema de nebulización debe ser electrónico debe cumplir con este rango del tamaño de partículas y que no debe modificar el volumen corriente del ventilador agregando flujo adicional principalmente en ventilación de neonatos. Favor especificar la cantidad de nebulizadores electrónicos solicitados, se recomienda 5 unidades como mínimo.		16-11-2021	08:09:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El sistema de nebulización debe estar incorporado al ventilador y ser electrónico		18-11-2021	13:54:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA En el item 40 VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD se solicita solamente Relación I:E, pero en el item 42 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD se solicita una relación I:E de 4:1 - 1:20 o mejor. Creemos que existe un error, porque una relación de 1:20 fisiológicamente no existe. Se solicita donde dice relación I:E de 4:1 - 1:20 o mejor deba decir relación I:E dentro del rango de 4:1 y 1:20 o simplemente no colocar valores específicos que dirijan las especificaciones. Favor verificar y corregir.		16-11-2021	08:09:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El equipo debe contar con la visualización de la Relación I:E dentro del rango solicitado o mejor, ya sea con el ajuste de tiempo inspiratorio, frecuencia o con el ajuste de la relación I:E.		18-11-2021	12:54:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta En el item 39 VENTILADOR DE ALTA COMPLEJIDAD se solicita Ventilación no invasiva en neonatos y en pediatría con compensación de fugas de 70LPM o mayor pero en el item 41 VENTILADORES PULMONARES DE MEDIANA COMPLEJIDAD se solicita compensación de fugas de 40LPM. Se recomienda unificar criterios y mantener Ventilación no invasiva en neonatos y en pediatría con compensación de fugas de 70LPM o mayor		16-11-2021	08:09:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.		18-11-2021	13:54:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA En el ítem 39 VENTILADOR DE ALTA COMPLEJIDAD e ítem 40 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA se solicita Despliegue simultáneo de las siguientes curvas de Ventilación: Volumen-Tiempo, Flujo-Tiempo y Presión-Tiempo. Pero en el ítem 41 no se solicitan estas curvas. Se recomienda que se incluya en las especificaciones: Despliegue simultáneo de las siguientes curvas de Ventilación: Volumen-Tiempo, Flujo-Tiempo y Presión-Tiempo	16-11-2021	08:10:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	13:55:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que la solicitud diga: Filtro de bacteria reusable. Cantidad: al menos 3(tres) por cada equipo o Filtro de bacterias descartable. Cantidad: al menos 20 (veinte) por cada equipo, si el equipo lo requiere para ventilar el rango solicitado.	16-11-2021	08:10:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	13:55:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que la solicitud diga: Filtro de bacteria reusable. Cantidad: al menos 3(tres) por cada equipo o Filtro de bacterias descartable. Cantidad: al menos 20 (veinte) por cada equipo, si el equipo lo requiere para ventilar el rango solicitado.	16-11-2021	08:24:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	13:56:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: ALARMAS. Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento sea de carácter OPCIONAL, de acuerdo a tecnología del fabricante.	16-11-2021	08:54:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	13:56:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice trendelemburg de 13° (+/-1) Se solicita a la Convocante que el rango de variación aplicado a este requerimiento sea de (+/-3)	16-11-2021	08:56:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	13:57:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Trendelemburg inverso de 13° (+/-1) Se solicita a la Convocante que el rango de variación para este requerimiento sea de (+/-3)	16-11-2021	08:57:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	13:58:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que para Modo piel: Temperatura de piel T1 y Modo piel: Temperatura de piel T2, donde dice: Rango: 17°C o menor a 45°C o mayor, diga: rango de 20°C a 42°C o mejor. Porque con una temperatura de 25°C el paciente está muy hipotérmico y no tiene sentido la monitorización. Y una temperatura mayor que 42°C está prohibida por la NORMA japonesa.	16-11-2021	09:39:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	13:58:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que para Modo aire: Temperatura de aire, donde dice: Rango: 17°C o menor a 45°C o mayor, diga: rango de 30°C a 42°C o mejor. Porque con una temperatura aire de 30°C difícilmente se consiga una temperatura de piel de 25°C. El paciente estaría hipotérmico y no tiene sentido la monitorización a una temperatura menor que 30°C. Y una temperatura mayor que 42°C está prohibida por la NORMA japonesa.	16-11-2021	09:40:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	13:59:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA Se solicita que donde dice Indicación de las alarmas en forma audiovisual, con identificación mediante una matriz de LED, diga Indicación de las alarmas en forma audiovisual, con identificación mediante una matriz de LED o mejor.	16-11-2021	09:40:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	13:59:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la incubadora debe poseer soporte interno para sostener el circuito respiratorio del ventilador pulmonar. Consideramos que este accesorio es indispensable para pacientes conectados a ventilador pulmonar.	16-11-2021	09:41:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	12:56:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la incubadora debe tener cortina de aire que, evita que la temperatura del interior de la incubadora descienda al abrir una puerta de acceso de apertura rápida.	16-11-2021	09:41:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	14:03:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar incubadoras con la tapa superior de la cúpula de nuestra incubadora se puede desmontar, para facilitar el ingreso del paciente por cualquier lado o ángulo de la incubadora.	16-11-2021	09:41:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	14:04:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la incubadora debe o no tener servocontrol de humedad, porque en las especificaciones está confuso.	16-11-2021	09:42:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se establece en especificaciones técnicas: Control de humedad servo controlado. Rango de control: 40% o menos a 85% o más	18-11-2021	14:05:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si se debe incluir modulo para medición de SPO2 bajo condiciones de baja perfusión y movimiento que son características del neonato con ajuste digital desde el panel de control y si se debe incluir un sensor de SPO2 reutilizable multi sitio para neonatos.	16-11-2021	09:42:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las especificaciones tecnicas se solicita modulo integrado para medición de saturación de oxigeno y en accesorio se solicita, sensor neonatal de saturación 4 unidades.	18-11-2021	14:09:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la resistencia debe ser abatible para facilitar su limpieza y desinfección.	16-11-2021	09:42:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	14:12:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que para Modo piel: Temperatura de piel T1 y Modo piel: Temperatura de piel T2, donde dice: Rango: 17°C o menor a 45°C o mayor, diga: rango de 20°C a 42°C o mejor. Porque con una temperatura de 25°C el paciente está muy hipotérmico y no tiene sentido la monitorización. Y una temperatura mayor que 42°C está prohibida por la NORMA japonesa.	16-11-2021	09:43:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:12:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que para Modo aire: Temperatura de aire, donde dice: Rango: 17°C o menor a 45°C o mayor, diga: rango de 30°C a 42°C o mejor. Porque con una temperatura aire de 30°C difícilmente se consiga una temperatura de piel de 25°C. El paciente estaría hipotérmico y no tiene sentido la monitorización a una temperatura menor que 30°C. Y una temperatura mayor que 42°C está prohibida por la NORMA japonesa.	16-11-2021	09:43:29

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:17:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar incubadoras con rango de ajuste de control de Oxígeno de 22 - 65% en incrementos o resolución del 1%) y precisión de ±3%	16-11-2021	09:43:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:19:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que donde diga: Exactitud del peso: +/- 2gr desde 0,5kg hasta 2kg +/-5gr por encima de 2kg. Diga: Exactitud del peso: ±5g o menor. De forma a no dirigir las especificaciones	16-11-2021	09:44:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:19:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar incubadoras con eficiencia de filtración de 0.1 µ m NaCl 99% o mejor.	16-11-2021	09:44:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las especificaciones tecnicas se establece: Eficiencia de 99% o mejor y tamaño de particulas eliminadas de 0,3 micrones o menos.	18-11-2021	14:21:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Considerando que los parámetros específicos de cada fabricante dirigen las especificaciones a una sola marca. Se solicita que donde diga: Variabilidad de temperatura: +/- 0,2°C, Sobrepico de temperatura: 0,5°C, Filtro de aire: 99,9% de eficiencia Válvula de O2: oxigenación hasta 75%, Velocidad de calentamiento: aprox. 10°C cada 30 minutos, Tiempo de funcionamiento del control de humedad sin rellenado: 24horas máximo al 85% de HR y 35°C en modo aire, Consumo: 350 watts, Sensores intercambiables: +/- 0,1°C, Inicialización automática en 34°C para temperatura de aire y 36°C para temperatura de piel Debe decir: Variabilidad de temperatura, de acuerdo a la Norma IEC60601-2-19 Sobrepico de temperatura, de acuerdo a la Norma IEC60601-2-19 Filtro de aire, de acuerdo a la Norma IEC60601-2-19 Válvula de O2: oxigenación hasta 75%, de acuerdo a la Norma IEC60601-2-19 Velocidad de calentamiento: aprox. 10°C cada 30 minutos, de acuerdo a la Norma IEC60601-2-19 Tiempo de funcionamiento del control de humedad sin rellenado: 24horas máximo al 85% de HR y 35°C en modo aire, de acuerdo a la Norma IEC60601-2-19 Consumo: 350 watts, de acuerdo a la Norma IEC60601-2-19 Sensores intercambiables: +/- 0,1°C, de acuerdo a la Norma IEC60601-2-19 Inicialización automática en 34°C para temperatura de aire y 36°C para temperatura de piel, de acuerdo a la Norma IEC60601-2-19 Debe decir: de acuerdo a la NORMA IEC60601-2-19 Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las incubadoras de bebé.	16-11-2021	09:44:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:26:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar incubadoras con eficiencia de filtración de 0.1micrometros NaCl 99% o mejor.	16-11-2021	09:45:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las especificaciones tecnicas se establece: Eficiencia de 99% o mejor y tamaño de particulas eliminadas de 0,3 micrones o menos.	18-11-2021	14:27:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria EQUIPOS MEDICOS y/o INSTRUMENTALES MEDICOS (El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del bien que cotiza en esta contratación) mediante copias de contratos ejecutados y/o facturación de ventas y/o recepciones finales, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto ofertado. Solicitamos a la convocante modificar a El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión de bienes de naturaleza y/o complejidad similar al bien que cotiza en esta contratación. Esto teniendo en cuenta que podría considerarse la experiencia en equipos de soporte vital, diagnóstico, infusión, etc. Además, la principal garantía ya requerida es que los oferentes cuenten con personal capacitado para las asistencias técnicas correspondientes.	16-11-2021	10:05:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:28:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA Se consulta si se puede cotizar rango de temperatura cutánea de 34,0–38,0°C o mejor rango (en incrementos de 0,1°C), porque la normativa japonesa no permite un límite superior de calentamiento a 39°C es peligroso para el paciente.	16-11-2021	10:32:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:28:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar rango de temperatura de aire de 30,0–42,0°C o mejor rango porque la normativa japonesa no permite un límite inferior de calentamiento a 30°C, porque el paciente ya estaría muerto por hipotermia.	16-11-2021	10:33:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:29:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes poseen mástiles laterales, algunos utilizan rieles laterales. Se solicita que donde dice: Mástiles laterales para montaje de equipos y accesorios, soportes y porta-suero, diga: Mástiles o rieles laterales para montaje de equipos y accesorios, soportes y porta-suero	16-11-2021	10:33:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se podrá cotizar con rieles laterales.	18-11-2021	14:31:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la bandeja para cassette de rayos X puede extraerse o insertarse desde la parte delantera y desde ambos laterales de la plataforma del colchón.	16-11-2021	10:33:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo importante es que cuente con dicho requisito.	18-11-2021	14:42:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes de servocunas poseen una distancia del lecho del paciente al calefactor de 75cm, esto depende de la potencia de la resistencia utilizada y está reglamentada por la IEC60601-2-21. Se solicita que donde dice: Distancia mínima del calefactor al lecho del paciente: 75 cm (+/- 5cm) debe decir: Distancia mínima del calefactor al lecho del paciente: 75 cm (+/- 5cm) aproximadamente de acuerdo a la IEC60601-2-21.	16-11-2021	10:34:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:43:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar un lecho del paciente de con ancho de 61cm y un colchón de 2,5cm de alto.	16-11-2021	10:34:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:43:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el diseño de la servocuna debe permitir la intubación posterior del paciente.	16-11-2021	10:34:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	14:44:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el calefactor puede ser abatible a ambos lados con un ángulo de apertura de -85° a 85°.	16-11-2021	10:35:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	14:52:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA La longitud de las luminoterapias varía de 420nm a 500nm aproximadamente y no todos los fabricantes utilizan 600leds con intensidad de 40uW/cm2/nm. Solicitamos que diga: Cabezal con LEDs como con intensidad de 40 μ W/cm2/nm, dentro de una longitud de onda comprendida entre 420 y 500 nm.	16-11-2021	10:35:19
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La consulta corresponde al Item 19. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:54:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor especificar que la luminoterapia no debe tener partes internas móviles como ventiladores internos que producen ruido y estrés al neonato.	16-11-2021	10:35:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:54:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes usan termostato como dispositivos de protección, por lo tanto se solicita que donde dice: Termostato adicional de seguridad para el caso de avería del termostato de temperatura ambiente próxima al paciente, diga: Termostato adicional de seguridad o disyuntor para el caso de avería del termostato de temperatura ambiente próxima al paciente.	16-11-2021	10:35:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:54:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes usan transformador de aislamiento de seguridad, se solicita que este item sea opcional.	16-11-2021	10:36:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:55:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar bandeja posterior con capacidad de carga de 15kg y capacidad para 2 monitores multiparamétricos.	16-11-2021	10:36:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se podrá cotizar.	18-11-2021	14:55:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la scialítica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de forma a evitar la caída de la potencia de la iluminación que es inherente a los LEDs. Esto posibilita una iluminación constante durante toda la cirugía.	16-11-2021	10:41:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Debe contar con Control automático del flujo de iluminación de los LED. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:57:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la batería debe estar embutida en la base de la scialítica, sin cableado externo ni cargadores externos.	16-11-2021	10:42:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La batería debe estar fijada por el equipo para facilitar su traslado y tampoco debe interferir con el movimiento de la cúpula.	18-11-2021	12:57:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la scialítica debe ser compatible con Flujo Laminar.	16-11-2021	10:43:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	14:58:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se definieron la dilución de sombras que establece el rendimiento de la scialítica ante sombras. Se recomienda una dilución de sombras con una máscara de 42% o mejor y una dilución de sombras con dos máscaras de 49% o mejor y una dilución de sombras en el fondo de un tubo de 95% o mejor.	16-11-2021	10:43:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:58:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA Se solicita que donde dice; Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 93 % como mínimo, también se agreguen el Índice de Rendimiento de color R9 (Rojo saturado) de 90% o mayor, el Índice de Rendimiento de color R13 (color de la piel) del 95% o mayor.	16-11-2021	10:43:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	14:59:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la plataforma del paciente debe ser desmontable para su limpieza y desinfección.	16-11-2021	10:47:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	14:59:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener barandillas divididas totalmente rebatibles con paneles de control interno para el paciente y externo para la enfermera.	16-11-2021	10:47:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita en las especificaciones técnicas "Barandales de material resistente de alto impacto, abatibles permitiendo la transferencia del paciente"	18-11-2021	15:08:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la cama debe tener panel de control principal externo para la enfermera inalámbrico o con cable	16-11-2021	10:48:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita en las especificaciones técnicas "Control de mando externo a la cama, inalámbrico o con cable". Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:10:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener botón de CPR eléctrico en el panel de control y palanca de CPR mecánico en las laterales de la cama.	16-11-2021	10:48:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:12:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener Ganchos para bolsas de orina y asas retenedoras de colchón a ambos lados.	16-11-2021	10:48:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	15:13:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTAS Se consulta si la cama debe tener sistema de frenado centralizado accionado desde la cabecera y la piñera de la cama.	16-11-2021	10:49:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita en las especificaciones técnicas "Con sistema de frenado y direccionamiento centralizado". Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:15:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe poseer botón para movimiento de trendelenburg ante una hipotensión y botón para posicionamiento recto de 0 grados (sin inclinación).	16-11-2021	10:49:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:17:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener indicador de ángulos de la inclinación.	16-11-2021	10:49:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	15:18:27
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que la cama posee un capacidad de carga de 200kg, se recomienda que el colchón también posea una carga de 200kg o mayor.	16-11-2021	10:49:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:18:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido al rango de peso de la cama, se consulta si se puede cotizar Exactitud de pesaje de +/-500 gr o mejor ó del 1% del peso del paciente o mejor.	16-11-2021	11:15:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:19:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que la cama debe soportar un peso de 220kg, favor especificar que el colchón debe por lo menos soportar 200kg.	16-11-2021	11:16:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:21:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la plataforma del paciente debe ser desmontable para su limpieza y desinfección.	16-11-2021	11:17:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	15:22:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar camas con altura mínima de 350mm o menor Considerar que una altura baja altura facilita la salida del paciente de la cama y que la cama va ser utilizados en una hospital pediátrico.	16-11-2021	11:17:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:22:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener botón de CPR eléctrico en el panel de control y palanca de CPR mecánico en las laterales de la cama.	16-11-2021	11:17:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:24:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama tiene que tener pausa en 30° en la elevación del respaldo para posicionar el paciente en Fowler	16-11-2021	11:17:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	15:26:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Considerando que se trata de un hospital pediátrico, se consulta si la cama deber tener alarma de salida de paciente.	16-11-2021	11:18:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	15:26:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener indicador digital de ángulos de la inclinación.	16-11-2021	11:18:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	15:27:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA Favor aclarar si la cama debe tener panel de control principal para la enfermera donde se puedan bloquear todos lo movimientos.	16-11-2021	11:18:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	15:28:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que el equipo se va utilizar con pacientes pediátricos y adultos, se consulta si el rango de flujo puede ser de 10 a 60LPM o mayor ajustable en pasos de 0,5LPM, o de lo contrario las especificaciones estarían dirigidas a AirVo 2 de Fisher and Paykel.	16-11-2021	11:47:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:29:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener registro de: horas del tratamiento, total de horas del tratamiento, días de tratamiento.	16-11-2021	11:47:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	15:29:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si por cada circuito solicitado se debe incluir um filtro bacteriano viral descartable a la salida del equipo.	16-11-2021	11:47:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:29:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Donde dice Flujometro para pared con toma diss de 30L/min con niple incluido., se solicita que diga,flujómetro de pared con toma diss de acuerdo a la necesidades del equipo para su correcto funcionamiento.	16-11-2021	11:48:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:30:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ÍTEM N° 34 SET DE DIAGNOSTICO OFTALMOSCOPIO/OTOSCOPIO, en una parte de las Especificaciones técnicas dice: Un tubo flexible sin látex de un largo de mínimo 50 cm. Por lo menos 2(dos). Respetuosamente solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Un tubo flexible sin látex de un largo de mínimo 50 cm.	16-11-2021	11:49:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:30:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 15 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Cables de conexión reutilizable para electrodo neutro. Cantidad 2 dos Pedimos al Convocante eliminar este punto ya que en otra parte se solicita lo siguiente: Obs: todos los accesorios solicitados deberán ser entregados con su cable de conexion. 4 (Cuatro) cables para pinza bipolar y 3 cables reusables para placas.	16-11-2021	14:39:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:31:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 15 Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Pinza bipolar bayoneta reutilizable y autoclavable de 22cm de largo (variación permitida +-1cm) y 0,5mm de diámetro, 1 unidad. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Pinza bipolar bayoneta reutilizable y autoclavable de 22cm de largo (variación permitida +-2cm) y 0,5mm (variación permitida +-1mm) de diámetro, 1 unidad	16-11-2021	14:39:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:31:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA Creemos que falta información. Con un cable de ECG de 5 vias, se pueden obtener todas las 12 derivadas del ECG padrón. Consideramos, que debe decir: Dos (2) cables troncal y dos (2) cables paciente para ECG de 3 puntas y Un (1) cable paciente de 5 puntas para despliegue simultáneo de las 7 y 12 derivaciones. Cincuenta 50 Electrodo desechable.		16-11-2021	15:02:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.		18-11-2021	15:32:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe ser poder transmitir en protocolo HL7 para futura conexión con el sistema informático del hospital, así como solicitado en el ítem 27 MONITOR MULTIPARAMETRICO AVANZADO.		16-11-2021	15:02:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No es un requisito.		18-11-2021	15:32:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si en el monitor se deben poder cargar los datos del paciente como por ejemplo; Nombre, Apellido, Identificación, Tipo de Paciente (adulto, pediátrico, neonatal=, para Admisión y Alta del paciente y configuración automática de los rangos de las alarmas.		16-11-2021	15:03:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Sí, debe contar con dicha función.		18-11-2021	15:36:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el monitor debe tener vista o pantalla con números grandes para mejor visualización de los parámetros a distancia.		16-11-2021	15:03:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Sí, dicha especificación se detalla en Características.		18-11-2021	15:37:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el monitor debe permitir la de visualización de parámetros de otro monitor conectado en la misma red.		16-11-2021	15:03:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No es un requisito.		18-11-2021	15:37:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si las alarmas deben ser auditivas y tener codificación por colores de acuerdo a su prioridad, como mínimo 3 niveles de prioridad.		16-11-2021	15:04:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.		18-11-2021	15:40:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el ECG debe poder desplegarse en cascada, es decir, en dos barridos, para un mejor análisis.		16-11-2021	15:04:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No es un requisito.		18-11-2021	15:40:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener análisis automático de la calidad de la señal de las derivadas Es decir, se desconsidera la derivada seleccionada por el usuario y el equipo elige automáticamente la derivada con mejor señal del ECG presentarla en la pantalla.		16-11-2021	15:04:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No es un requisito.		18-11-2021	15:41:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la SPO2 debe tener 3 niveles de sensibilidad (bajo, medio y alto) que es muy útil con pacientes con baja perfusión.		16-11-2021	15:04:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.		18-11-2021	15:47:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la Presión Invasiva debe tener filtro para eliminar ruidos en la señal		16-11-2021	15:05:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Sí, debe contar.		18-11-2021	15:48:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el monitor debe tener la capacidad de congelar las formas de onda para un mejor análisis.		16-11-2021	15:05:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Sí, debe contar.		18-11-2021	15:50:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe contar con una memoria interna que le permita revisar y exportar las datos de los pacientes a una memoria USB o PC para un mejor análisis.		16-11-2021	15:05:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No es un requisito.		18-11-2021	15:51:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si el monitor debe tener la capacidad de conectarse a una central de monitoreo a futuro y si el monitor debe permitir la de visualización de parámetros de otro monitor conectado en la misma red.		16-11-2021	15:11:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
1- Los monitores serán conectados en un futuro a una central telefonica. 2- No es un requisito.		18-11-2021	15:52:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el módulo para medición de gasto cardiaco mínimamente invasivo puede ser una pantalla independiente del monitor, con todos los accesorios para su instalación en un soporte de pared original del fabricante.		16-11-2021	15:13:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Sí, se podrá cotizar una pantalla independiente al monitor para la medición de gasto cardiaco minimamente invasivo a traves de la presión arterial o no invasivo , siempre y cuando cuente con el soporte de pared.		18-11-2021	15:53:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que los valores del módulo de EEG sean aproximados ya que no todos los fabricantes poseen esos valores tan específicos. Se solicita que donde dice: Frecuencia de muestreo 100 Hz por canal Rango ± 400 microV Rango de frecuencia de 0,5 a 30 Hz Resolución 60 nV Impedancia de entrada > 8 Megahoms a 10 Hz Nivel de ruido < 0.5 microV rms de 0,5 Hz a 30 Hz CMRR > 100 dB a 50 Hz Debe decir: Frecuencia de muestreo 100 Hz por canal Rango ± 400 microV, aprox. Rango de frecuencia de 0,5 a 30 Hz Resolución 60 nV, aprox. Impedancia de entrada > 8 Megahoms a 10 Hz, aprox. Nivel de ruido < 0.5 microV rms de 0,5 Hz a 30 Hz CMRR > 100 dB a 50 Hz, aprox.		16-11-2021	15:13:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.		18-11-2021	15:53:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar Velocidad de barrido de presentación de curva en pantalla seleccionable en al menos los siguientes valores [mm/s]: 12,5 / 25 / 50mm/seg o mejor.		16-11-2021	15:14:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Sí, podrá cotizar.		18-11-2021	15:54:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el modulo de etCO2 debe contar con tecnologías de flujo principal y de flujo lateral.		16-11-2021	15:15:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No es un requisito.		18-11-2021	15:56:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

- En nuestra consulta Donde solicitan: Memoria para almacenar sucesos relacionados a al menos 100 pacientes. Solicitamos se puedan ofertar equipos con almacenamiento de 50 resúmenes de eventos, que incluyen más información que solo el evento en sí. La respuesta en el portal es Remitirse a la Adenda 02, sin embargo, en la misma este punto no se encuentra modificado, solicitamos revisar	16-11-2021	15:15:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:56:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- En la Adenda 02 han colocado que el monitor sea únicamente modular, la tecnología únicamente modular es más costosa que la combinación entre tecnología preconfigurada y modular, adicionalmente se solicita Los monitores deben tener espacio o la posibilidad de instalar a futuro RACK o conexiones de acuerdo a la tecnología del fabricante para agregar otros cables o módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software, y con esto se garantiza que se podrán ampliar las funciones a futuro, por lo tanto solicitamos se vuelva a la especificación original donde solicitaban monitor modular o preconfigurado. La respuesta recibida es Adecuarse a la Adenda 02, debido a lo expuesto en nuestra consulta, solicitamos se vuelva a la especificación del PBC.	16-11-2021	15:16:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:57:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes con marcas reconocidas a nivel mundial donde solicitan: Tendencias gráficas y numéricas de 120 horas como mínimo de todos los parámetros seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos, solicitamos se puedan ofertar equipos con tendencias de 48 horas.	16-11-2021	15:16:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:57:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- De manera a cuidar la confidencialidad de los datos del paciente en varios países, principalmente Europa y Estados Unidos la capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la unidad médica como una futura actualización con central de monitoreo no se realiza a través de páginas web, sino a través de servidores con una muy alta protección de datos, por lo que solicitamos reconsideren este punto y lo soliciten como opcional.	16-11-2021	15:16:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:58:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
- Con respecto a los rangos solicitados en el módulo de EEG, de no modificarse los mismos, se podrá ofertar una sola marca que cumple con los rangos específicos solicitados, por lo que rogamos puedan ampliar las medidas para que el Hospital cuente con más oferentes y no se limite la participación: Donde dice: Frecuencia de muestreo 100 Hz por canal, solicitamos considerar que la mayoría de las mediciones se realiza a 30 Hz, por lo tanto, nos permitan cotizar frecuencia de muestreo hasta 50Hz. Donde dice: Rango \pm 400 μ V, solicitamos que esta especificación sea considerada opcional ya que es el rango de una marca en específico. Donde solicitan: Resolución 60 nV, por favor considerar este punto opcional. Donde piden: Impedancia de entrada $>$ 8 M a 10 Hz, solicitamos se puedan cotizar equipos con impedancia de entrada $>$ 15 M a 10 Hz, de manera a dar participación a una mayor cantidad de oferentes.	16-11-2021	15:17:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	12:58:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si el equipo debe poder ser compatible y dosificar automáticamente con ventiladores con modalidad de alta frecuencia.	16-11-2021	15:20:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	15:58:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor especificar el rango de dosificación de NO, recomendamos como mínimo de 0,1 a 75pmm o mejor rango.	16-11-2021	15:21:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:59:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

- De manera a cuidar la confidencialidad de los datos del paciente en varios países, principalmente Europa y Estados Unidos la capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la unidad médica como una futura actualización con central de monitoreo no se realiza a través de páginas web, sino a través de servidores con una muy alta protección de datos, por lo que solicitamos reconsideren este punto y lo soliciten como opcional.	16-11-2021	15:21:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N°04.	18-11-2021	15:59:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes poseen Registro de valores y tendencias de concentraciones almacenado durante al menos 15 días o más, lo cual dirige las especificaciones. Solicitamos que diga: Registro de valores y tendencias de concentraciones almacenado durante al menos 72horas o vía USB para revisión o exportación de datos del paciente. CONSULTA Favor aclarar si se debe poder ajustar los valores de: las alarmas de límite alto y límite bajo para: Oxido Nítrico, las alarmas de límite alto para Dioxido de Nitrógeno, las alarmas de límite alto y límite bajo para la concentración de O2.	16-11-2021	15:21:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
1- Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N°04. 2- En las especificaciones técnicas se solicita un ajuste de alarmas lo cual implica el ajuste de los límites en las alarmas de los parametros solicitados.	18-11-2021	12:59:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los equipos dosificadores poseen Peso no mayor a 3 Kg, además los cilindros de NO pesan mucho más que 3kg.. Solicitamos que diga: Peso de 6 Kg aproximadamente,	16-11-2021	15:21:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión N°04.	18-11-2021	15:59:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar cuantos cilindros debe tener el equipo. Se recomiendan como mínimo 2 unidades, uno en uso y otro de respaldo. Con intercambio automático del suministro del cilindro de NO cuando el que esté en uso esté vacío.	16-11-2021	15:22:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	16:00:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener sistema de respaldo mecánico integrado para funcionar resucitador manual (AMBU) ante falla del dosificador. El sistema de respaldo debe estar compuesto por: Flujómetro para O2, medidor de concentración de NO y medidor de flujo de NO.	16-11-2021	15:22:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	16:00:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor indicar la cantidad de trampas de agua para línea de muestreo que deben ser entregadas	16-11-2021	15:22:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:01:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar los modos de funcionamiento del equipo: automático o sensado de flujo automático y flujo continuo.	16-11-2021	15:23:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:01:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si el equipo debe poder ser compatible y dosificar automáticamente con ventiladores con modalidad de alta frecuencia.	16-11-2021	15:23:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	18-11-2021	16:01:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA La longitud de las luminoterapias varia de 420nm a 500nm aproximadamente. Solicitamos que diga: Cabezal con LEDs con intensidad igual o superior a 40 μ W/cm ² /nm dentro de una longitud de onda comprendida entre 420 y 500 nm.	16-11-2021	15:29:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:02:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor especificar que la luminoterapia no debe tener partes internas móviles como ventiladores internos que producen ruido y estrés al neonato.	16-11-2021	15:29:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:02:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En el ítem 23 incubadora para terapia intensiva, se solicita: Nivel de ruido: menor que 48 dB o menos. Pero en el equipo de luminoterapia se solicita nivel de ruido Nivel de ruido <60 dBA, es decir, la luminoterapia puede producir mayor ruido que la incubadora?, eso no es correcto, porque puede tener 59dB que es mucho mayor que el nivel solicitado en la incubadora. Esto viola la NORMA IEC60601-2-19 Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las incubadoras de bebé. Solicitamos que el nivel de ruido sea igual que solicitado en el ítem 23, luego debe decir: Nivel de ruido: menor que 48 dB o menos.	16-11-2021	15:30:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:03:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en el punto donde dice Al menos 1.000.000 o mejor de canales digitales de procesamiento, sugerimos a la convocante solicitar de al menos 4.000.000 de canales digitales para obtener un equipo de gama alta y de mejor prestación.	16-11-2021	15:38:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:03:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto Optimización automática de la imagen 2D (Ganancia automática).Solicitamos a la convocante que úedan admitir equipos semiautomáticas y automáticas de la imagen 2 D en general y no solo en ganancia, de esta podrá tener mayor participación de oferentes	16-11-2021	15:42:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:04:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria EQUIPOS MEDICOS y/o INSTRUMENTALES MEDICOS (El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del bien que cotiza en esta contratación) mediante copias de contratos ejecutados y/o facturación de ventas y/o recepciones finales, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto ofertado. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa. CONSULTA: Solicitamos amablemente a la convocante, ampliar los requisitos de experiencia, permitiendo ofertar como sigue: Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria EQUIPOS MEDICOS, INSUMOS MEDICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS y/o INSTRUMENTALES MEDICOS (El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del bien que cotiza en esta contratación) mediante copias de contratos ejecutados y/o facturación de ventas y/o recepciones finales, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto ofertado. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.	16-11-2021	16:09:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:04:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: Monitor modular CONSULTA: Se podría ofertar con sistema modular o pre configurado, ya que esto en absoluto no modifica las prestaciones de los equipos, ni los parámetros que deben ser monitoreados	16-11-2021	16:14:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:05:29
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: Los monitores deben tener espacio o la posibilidad de instalar a futuro RACK o conexiones de acuerdo a la tecnología del fabricante para agregar otros cables o módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software. CONSULTA: Se podría considerar esto solo para monitores con tecnología modular, o bien considerarlo como opcional? Ya que se habla de algo a futuro incierto, y no para las funciones requeridas en este llamado	16-11-2021	16:16:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:05:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: Monitor multiparamétrico modular, con módulos de la misma marca que el monitor, con accesorios, para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales. CONSULTA: Solicitamos amablemente a la convocante, ampliar el rango y permitir ofertar "Monitor multiparamétrico pre configurado o modular, en caso de ser modular con módulos de la misma marca que el monitor, con accesorios, para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.	16-11-2021	16:18:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:06:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: Peso del equipo menor o igual a 7Kilos para su utilización en caso de transporte. CONSULTA: Solicitamos amablemente a la convocante, ampliar el rango y permitir ofertar equipos con "Peso del equipo menor o igual a 12 Kilos para su utilización en caso de transporte"	16-11-2021	16:26:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:06:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: ECG - Rango de medición de 15 a 300 BPM o mayor CONSULTA: Se puede ampliar el rango, permitiendo ofertar equipos con " Rango de medición de 30 a 254 BPM o mayor	16-11-2021	16:34:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:07:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE - ELECTROCARDIOGRAFIA - Rango de frecuencia cardíaca de 20 a 300 latidos por minuto o rango más amplio, con exactitud de ± 1 latidos por minuto ó $\pm 1\%$ (el valor que sea mayor). CONSULTA: Se puede ofertar equipos con "Rango de frecuencia cardíaca de 230 a 254 latidos por minuto o rango más amplio, con exactitud de ± 2 latidos por minuto ó $\pm 2\%$ (el valor que sea mayor).	16-11-2021	16:39:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:07:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Con compensación automática de complacencia del circuito respiratorio del paciente. Solicitamos que sea opcional éste punto porque es muy subjetivo ya que los ventiladores ya realizan la compesación del circuito al momento de realizar el test de fuga, no queda claro en que otro momento se requiere hacer dicha compensación	16-11-2021	16:42:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:08:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Bias Flow o Flujo Base o Continuo (L/min). Solicitamos que sea opcional éste punto ya que en otros parámetros ventilatorios ya se solicita un modo más avanzado.	16-11-2021	16:42:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:09:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Flexibilidad estática y flexibilidad dinámica solicitamos que dicho punto sea opcional debido a que se refiere a la compliancia de los pulmones, requisito solicitado más arriba.	16-11-2021	16:42:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:09:29
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Medición de fugas solicitamos que sea opcional para dar mayor participación	16-11-2021	16:42:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:09:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Relacion I:E. de 4:1 - 1:20 o mejor consultamos la posibilidad de ofertar un equipo con relación Relacion I:E. de 4:1 - 1:10	16-11-2021	16:42:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El equipo debe contar con la visualización de la Relación I:E dentro del rango solicitado o mejor, ya sea con el ajuste de tiempo inspiratorio, frecuencia o con el ajuste de la relación I:E.	18-11-2021	12:55:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Flujo Base (l/min). Límite inferior 0 o apagado. Límite superior 50 o mayor ó ajuste automatico de flujo de base. Solicitamos que éste punto sea opcional ya que es una opción de modelos viejos, los equipos nuevos se puede realizar ésta función con NIV CPAP	16-11-2021	16:43:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:16:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: Rango de medición de presión: De -30 a 320mmHg o rango más amplio, con exactitud de ± 4 mmHg o ± 4 % el valor que sea mayor. DICE: Solicitamos amablemente a la convocante, ampliar al rango y permitir ofertar equipos con Rango de medición de presión: De -30 a 300mmHg o rango más amplio, con exactitud de ± 4 mmHg o ± 4 % el valor que sea mayor	16-11-2021	16:44:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:16:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: TEMPERATURA - Rango de medición: 0 a 45 grados centígrados o rango más amplio, con exactitud de $\pm 0,2$ grados centígrados o mejor. CONSULTA: Solicitamos amablemente a la convocante, ampliar el rango y permitir ofertar equipos con "Rango de medición: 5 a 45 grados centígrados o rango más amplio, con exactitud de $\pm 0,2$ grados centígrados o mejor."	16-11-2021	16:46:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	16:16:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: Volumen corriente: 2 ml a 2500 ml. o mejor rango. CONSULTA: Se podría ampliar el rango, y permitir ofertar equipos con "Volumen corriente: 2 ml a 2000 ml. o mejor rango."	16-11-2021	16:56:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 04.	18-11-2021	15:39:13

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - RUC: 80006779-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508052774	Póliza	La Consolidada SA de Seguros	23-11-2021	24-11-2021	03-05-2022

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - RUC: 80024252-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 10
1508006062	Póliza	Aseguradora Yacyreta S.A.	23-11-2021	24-11-2021	22-04-2022
Oferente: FALCON COM. & IND. S.A. - RUC: 80010835-3					
Oferente: FALCON COM. & IND. S.A. - RUC: 80010835-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 11
1508007349	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	19-11-2021	23-11-2021	22-05-2022
Oferente: EDISON S.R.L. - RUC: 80093090-8					
Oferente: EDISON S.R.L. - RUC: 80093090-8			Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 12
1508002970	Póliza	Seguros Generales S.A.	23-11-2021	23-11-2021	21-04-2022
Oferente: LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4					
Oferente: LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 13
1508018745	Póliza	ASEPASA	23-11-2021	23-11-2021	07-04-2022
Oferente: EUROQUIMICA S.A. - RUC: 80061211-6					
Oferente: EUROQUIMICA S.A. - RUC: 80061211-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 14
1508002586	Póliza	ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	23-11-2021	23-11-2021	22-05-2022
Oferente: INFOTEC SA - RUC: 80021897-3					
Oferente: INFOTEC SA - RUC: 80021897-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 15
1508006064	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	23-11-2021	23-11-2021	30-06-2022
Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0					
Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 16
150818742	Póliza	Aseguradora Paraguaya S.A.	23-11-2021	23-11-2021	22-04-2022
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1					
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 17
1508052773	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A	23-11-2021	24-11-2021	03-04-2022

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 18
1508005010	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	23-11-2021	23-11-2021	23-04-2022
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1					
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 19
1508007353	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	23-11-2021	23-11-2021	22-04-2022
1508007353-1	Endoso de Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	24-11-2021	24-11-2021	22-04-2022
Oferente: Medical Supply Sociedad Anonima - RUC: 80092809-1					
Oferente: Medical Supply Sociedad Anonima - RUC: 80092809-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508005009	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	23-11-2021	23-11-2021	22-04-2022
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0					
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 20
1508052776-END.:000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS	23-11-2021	23-11-2021	31-07-2022
Oferente: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - RUC: 80025575-5					
Oferente: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - RUC: 80025575-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508018744	Póliza	ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA SAECA	23-11-2021	24-11-2021	23-04-2022
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1					
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
PÓLIZA N°: 1508052775 - END.: 000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	23-11-2021	23-11-2021	22-04-2022
Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3					
Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508007352	Póliza	Patria S.A de Seguros y Reaseguros	23-11-2021	24-11-2021	03-04-2022

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6	
1508006063	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	23-11-2021	23-11-2021	21-04-2022
Oferente: RESCORP S.A. - RUC: 80097071-3		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7	
1508011968	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A.	23-11-2021	23-11-2021	23-03-2022
Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 8	
1508001859	Póliza	Regional Seguros	23-11-2021	23-11-2021	22-04-2022
Oferente: CASA BOLLER S.A. - RUC: 80001556-8		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 9	
1508002968	Póliza	SEGUROS GENERALES S.A.- SEGESA	23-11-2021	23-11-2021	30-06-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42272223-9997	Aparato Respirador Portatil para Ambulancia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	MAGNAMED	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S.A.	OXYMAG	BRASIL	Aparato Respirador Portátil para Ambulancia	133.000.000	133.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	MEK	MEKICS CO., LTD	MTV-1000	COREA	VENTILADOR PORTATIL PARA AMBULANCIA	105.000.000	105.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42271907-001	Aspirador de secreciones					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	41111508-9998	Balanza de peso corporal con tallímetro e índice de masa corporal					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	BALMAK	BALMAK	BK-200FAN	BRASIL	Balanza de Peso Corporal	4.000.000	16.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	41111508-002	Balanza pediátrica					4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	SECA	seca gmbh & Co. Kg.	725	Alemania	Se adjunta especificaciones técnicas y catálogo	2.500.000	10.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	BALMAK	BALMAK	109	BRASIL	Balanza Pediatrica	2.500.000	10.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	42222002-001	Bomba de infusion a jeringa	50

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Bbraun	Bbraun Medical	Perfusor Space	Alemania	Bomba de infusión a Jeringa	17.500.000	875.000.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	MEDCAPTAIN	MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	NO APLICA	CHINA	Bomba de infusión a jeringa	16.500.000	825.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	Mindray	Mindray	Benefusion SP3	China	Bomba de infusion	20.000.000	1.000.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	42171910-9999	Caja de Cirugia Menor	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Bob / Medicon	Bob Instruments GmbH / Medicon eG.	No Aplica	Alemania	Caja de cirugía menor	12.000.000	48.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	42191807-001	Cama electrica para paciente	16

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	Arjo	Arjo	Prioma 600	China	Segun especificaciones técnicas	25.400.000	406.400.000
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	Hopefull Medical Equipment Co.,Ltd.	Hopefull Medical Equipment Co.,Ltd.	Cama electrica para paciente	China	Cama electrica para paciente	32.300.000	516.800.000
IMESE S.A. - 80016426-1	PARAMOUNT BED	PARAMOUNT BED CO., LTD	A5 SERIES (CA-54380)	JAPON/CHINA	CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE	28.000.000	448.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MUBI MEDICAL	INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METALICAS-DOMETAL S.A.S.	LYNIX	COLOMBIA	ma electrica para paciente	35.600.174	569.602.784
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	Linet	Linet	Eleganza 2	Republica CHECA	Cama eléctrica para paciente	40.000.000	640.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	42191807-001	Cama electrica para paciente	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	Arjo	Arjo	Enterprise 9000X	Polonia	Según especificaciones técnicas	65.500.000	262.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	JIANGSU SAIKANG	JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	D8D	CHINA	Cama Electrica	66.000.000	264.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	PARAMOUNT BED	PARAMOUNT BED CO., LTD	A6 SERIES (PA-H6410)	JAPON/INDONESIA	CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE	84.000.000	336.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	MESPA	MESPA GLOBAL SAGLIK TEKNOLOJILE TICA.S	MCARE	Turquía	Cama electrica para paciente	75.521.937	302.087.748

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MUBI MEDICAL	INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METALICAS-DOMETAL S.A.S.	LYNIX	COLOMBIA	Cama electrica para paciente	91.939.750	367.759.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	Linnet	Linnet	Eleganza 4	Republica Checa	Cama eléctrica para paciente	80.000.000	320.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	42191807-002	Cama manual para paciente					25
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	M&F	MYF IND. COM. REP. S.A.	Cama manual para paciente	Paraguay	Cama manual para paciente	22.325.000	558.125.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	JIANGSU SAIKANG	JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD.	B4E	CHINA	Cama Manual	17.500.000	437.500.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MUBI MEDICAL	INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METALICAS-DOMETAL S.A.S.	GALAXIA	COLOMBIA	Cama manual para paciente	24.041.410	601.035.250

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	42192207-001	Camilla con ruedas					15
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	M&F	MYF IND. COM. REP. S.A.	Camilla con ruedas	Paraguay	Camilla con ruedas	3.770.000	56.550.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	42191811-001	Cuna de Internación Infantil					20
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	M&F	MYF IND. COM. REP. S.A.	Cuna de Internación Infantil	Paraguay	Cuna de Internación Infantil	7.765.000	155.300.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	JIANGSU SAIKANG	JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	CT2K	CHINA	Cuna	8.000.000	160.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	42191811-001	Cuna de Internación Pediátrica					20
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	M&F	MYF IND. COM. REP. S.A.	Cuna de Internación Pediátrica	Paraguay	Cuna de Internación Pediátrica	11.490.000	229.800.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	JIANGSU SAIKANG	JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	A2K	CHINA	Cuna	9.000.000	180.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	42172101-001	Desfibrilador					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Instramed	Industria Médico Hospitalar Ltda.	Cardiomax	Brasil	Desfibrilador	135.000.000	405.000.000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN CORPORATIO	TEC-8352K	JAPON	Desfibrilador	135.000.000	405.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	Philips	Philips Medical Systems	Efficia DFM100	ALEMANIA	Desfibrilador	120.000.000	360.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	Mindray	Mindray	Beneheart D3	China	China	125.000.000	375.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
14	42271718-9998	Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	MICOMME	MICOMME MEDICAL TECHNOLOGY DEVELOPMEN CO., LTD	OH-70C	CHINA	Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo	108.500.000	217.000.000
EDISON S.R.L. - 80093090-8	Comen	Shenzhen Comen Medical Instruments Co.	NF5	China	Dispositivo para oxigenoterapia Alto Flujo	90.000.000	180.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE Ltd.	AIRVO II	NUEVA ZELANDA	Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo	120.000.000	240.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	42291613-003	Electrobisturi					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	KLS Martin	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	MAXIUM	Alemania	Se adjunta especificaciones técnicas y catálogo	450.000.000	1.350.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	42201718-001	Ecografo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens Healthineers	Siemens Medical Solutions USA, Inc	ACUSON Juniper	Corea	Ecógrafo	390.000.000	390.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	ESAOTE	ESAOTE SPA	MYLAB X6	ITALIA	ECOGRAFO	380.000.000	380.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	AFFINITY 50	USA	Ecografo	550.000.000	550.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ S8	COREA	ECOGRAFO	800.000.000	800.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
17	41113118-001	Equipo Analizador de gases					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MORIYA	JGMARIYA REPRESENTA IMPORTADOR EXPORTADOR E COMERCIAL LTDA.	NOX PLUS SPMET	BRASIL	Equipo Analizador de gases	500.000.000	1.000.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
18	42191802-001	Equipo para Luminoterapia					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	Atom	Atom	Billi Therapy	Japón	Segun especificaciones técnicas	40.500.000	81.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	FANEM	FANEM LTDA.	BILITRON 5006BSP	BRASIL	Equipo para Luminoterapia	41.000.000	82.000.000

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	NATUS	NATUS	NEOBLUE	USA	Equipo para Luminoterapia	57.060.500	114.121.000
-----------------------------------	-------	-------	---------	-----	---------------------------	------------	-------------

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
19	41111808-002	Equipo de rayos X portatil					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	TRAVELLER	ITALIA	EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL DE 32KW	300.000.000	600.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENTERS	ALLENTERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Equipo de rayos X portatil	366.000.000	732.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VILLA SISTEMI MEDICALI	VILLA SISTEMI MEDICALI SPA	VISITOR T30R	ITALIA	Equipo de rayos X portatil	448.762.128	897.524.256
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	BMI	BMI	JOLLY 20PLUS	ITALIA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	310.000.000	620.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
20	42301506-001	ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR					20
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	LITTMANN 3M	3M	LITTMANN	USA	ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR	840.000	16.800.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	GIMA	GIMA S.p.A	CLASSIC	Italia	Se adjunta especificaciones técnicas y catálogo	1.100.000	22.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
21	42161632-9997	Hemodiafiltrador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
22	42191709-004	Humidificador					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	AMCAREMED	AMCAREMED TECHNOLOGY Co., LIMITED	NO APLICA	China	Se adjunta especificaciones técnicas y catálogo	100.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
23	42271714-001	Incubadoras de Terapia Intensiva					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	OLIDEF	OLIDEF CZ INDUSTRIA Y COMERCIO DE EQUIPOS HOSPITALARI LTDA	LINE 4	BRASIL	Incubadoras de Terapia Intensiva	184.000.000	736.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	Atom	Atom	Air Incu i	Japón	Según especificaciones técnicas	150.500.000	602.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	FANEM	FANEM LTDA	1186	BRASIL	Incubadora de Terapia	151.000.000	604.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L.	NATAL CARE	ARGENTINA	Incubadoras de Terapia Intensiva	210.747.250	842.989.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	NOVOS	NOVOS	KL 1000	TURQUIA	INCUBADORA PARA TERAPIA INTENSIVA	250.000.000	1.000.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
-	-	-					-

24	39101602-003	Lampara scialiticas de pie						2
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	KLAROMED	KLAROMED Sp. z.o.o.	PLUS LED 96 ECO	Polonia	Se adjunta especificaciones técnicas y catálogo	60.000.000	120.000.000	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Barrfab	Barrfab Indústria Comércio Importación Exportación de Equipamientos Hospitalares Ltda.	BFH2	Brasil	Lámpara scialítica de pie	80.000.000	160.000.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	MEDPEJ	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	FL2000 ALD24	BRASIL	Lampara Cialitica de Pie	60.000.000	120.000.000	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	MINDRAY	HYLED 600M	CHINA	LAMPARA SCIALITICAS DE PIE	90.000.000	180.000.000	

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad				
25	42272001-006	Laringoscopio - Set	4				
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad				
26	42181904-002	Monitor multiparametrico	21				
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	Progetti	Progetti S.R.L.	PG S50	Italia	Monitor multiparametrico	52.053.000	1.093.113.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	EDAN Instruments, Inc.	ELITE V5	China	Se adjunta especificaciones técnicas y catálogo	60.000.000	1.260.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	Advanced	Advanced Instrumentations Inc.	PM-200M	USA	Monitor multiparamétrico	53.000.000	1.113.000.000
CATERERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Biolight	Biolight	Q7	China	Monitor multiparametrico	75.000.000	1.575.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	Arjo	Arjo	SC1200	Pais de Gales	Según especificaciones técnicas	61.700.000	1.295.700.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN CORPORATIO	BSM-3763K	JAPON	Monitor Multiparametrico	44.000.000	924.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	SINO-HERO	SINO-HERO (SHENZHEN) BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD	iS12	CHINA	Monitor multiparametrico	52.053.000	1.093.113.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	Philips	Philips Medical Systems	Effica CM150	Alemania	Monitor multiparametrico	67.902.100	1.425.944.100
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	MINDRAY	EPM 12M	CHINA	MONITOR MULTIPARAMETRICO	60.000.000	1.260.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad				
27	42181904-002	Monitor multiparametrico	7				
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Advanced	Advanced Instrumentations Inc.	PM-2000M	USA	Monitor multiparamétrico	216.000.000	1.512.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN CORPORATIO	BSM-3763K	JAPON	Monitor Multiparametrico	218.000.000	1.526.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	SINO-HERO	SINO-HERO (SHENZHEN) BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD	iS15	CHINA	Monitor multiparametrico	260.984.490	1.826.891.430
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	Philips	Philips Medical Systems	Intellivue MX550	Alemania	Monitor multiparamétrico	190.000.000	1.330.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	MINDRAY	BENEVISION N15	CHINA	MONITOR MULTIPARAMETRICO	220.000.000	1.540.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
28	42201815-001	Negatoscopio					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	KONSUNG	JIANGSU KONSUNG MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD.	NE-GD-2	China	Se adjunta especificaciones técnicas y catálogo	6.000.000	24.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
29	41123403-003	Porta suero					50
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	PS-01	Paraguay	Se adjunta especificaciones técnicas y catálogo	1.000.000	50.000.000
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	M&F	MYF IND. COM. REP. S.A.	Porta suero	Paraguay	Porta suero	630.000	31.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	JIANGSU SAIKANG	JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.	SKH041(1)	CHINA	Portasuero	500.000	25.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
30	42272304-001	Resucitador Adulto c/ Camara y mascara					15
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	BESMED	BESMED HEALTH BUSINESS CORP.	RE-24140	Taiwan	Se adjunta especificaciones técnicas y catálogo	1.500.000	22.500.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	RESQ BAG - ROMSONS	ROMSONS INTERNATION	NO APLICA	INDIA	Resucitador Adulto c/ Cámara y mascara	1.580.000	23.700.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
31	42272304-002	Resucitador Neonatal c/ Camara y mascara					15
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	BESMED	BESMED HEALTH BUSINESS CORP.	RE-2703	Taiwan	Se adjunta especificaciones técnicas y catálogo	1.500.000	22.500.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	RESQ BAG - ROMSONS	ROMSONS INTERNATION	NO APLICA	INDIA	Resucitador Neonatal c/ Camara y mascara	1.750.000	26.250.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
32	42272304-003	Resucitador Pediatrico c/ Camara y mascara					15
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	BESMED	BESMED HEALTH BUSINESS CORP.	RE-2603	Taiwan	Se adjunta especificaciones técnicas y catálogo	1.500.000	22.500.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	RESQ BAG - ROMSONS	ROMSONS INTERNATION	NO APLICA	INDIA	Resucitador Neonatal c/ Camara y mascara	1.750.000	26.250.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
33	42191802-003	Servocuna					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	OLIDEF	OLIDEF CZ INDUSTRIA Y COMERCIO DE EQUIPOS HOSPITALARI LTDA.	MATRIX SC	BRASIL	Servocuna	109.500.000	438.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	Atom	Atom	Sunflower	Japón	Según especificaciones técnicas	130.000.000	520.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	FANEM	FANEM LTDA	AMPLA 2085	BRASIL	Servocuna	90.000.000	360.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX/NATUS	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L./NATUS	SM-401/NEOBLUE	ARGENTINA/ USA	Servocuna	116.285.000	465.140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	42182005-9999	Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	HEINE	HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG	K-180	Alemania	Se adjunta especificaciones técnicas y catálogo	15.000.000	60.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	42142708-9998	Set de instrumentales para endourología pediátrica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG.	No Aplica	Alemania	Set de instrumentales para endourología pediátrica	236.590.000	236.590.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	42294805-003	Set para cirugía laparoscópica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG.	No Aplica	Alemania	Set de cirugía laparoscópica	222.780.000	222.780.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	42271701-9999	Sistema Regulador de oxígeno para balón	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	AMCAREMED	AMCAREMED TECHNOLOGY Co., LIMITED	AM-O-GR-14	China	Se adjunta especificaciones técnicas y catálogo	1.000.000	4.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	YUYAO JIAHUA	YUYAO JIAHUA	JH905	CHINA	Sistema Regulador	650.000	2.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	42171911-001	Tubo de Oxígeno	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	YUYAO JIAHUA	YUYAO JIAHUA	ALUM-1.5M3	CHINA	Tubo de Oxígeno	2.600.000	10.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	42272207-001	Ventilador pulmonar de alta complejidad	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	MAGNAMED	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S.A.	FLEXIMAG MAX 700	BRASIL	Ventilador pulmonar de alta complejidad	271.000.000	542.000.000

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	Getinge/Maquet	Getinge/Maquet	Servo i	Suecia	Según especificaciones técnicas	266.000.000	532.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	IMTMEDICAL	IMTMEDICAL AG	BELLAVISTA 1000	SUIZA / SINGAPUR	Ventilador pulmonar de alta complejidad	332.100.000	664.200.000

DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
40	42272207-001	Ventilador pulmonar de alta frecuencia					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	Dräger	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Babylog VN500	Alemania	Ventilador pulmonar de alta frecuencia	441.044.000	882.088.000	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	Getinge/Maquet	Getinge/Maquet	Servo n	Suecia	Según especificaciones técnicas	469.000.000	938.000.000	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	ACUTRONIC	ACUTRONIC MEDICAL SYSTEMS AG	FABIAN HFO	SUIZA	Ventilador pulmonar de alta frecuencia	551.305.174	1.102.610.348	

DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
41	42272207-002	Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad					15	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	MAGNAMED	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S.A.	FLEXIMAG MAX 700	BRASIL	Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad	232.000.000	3.480.000.000	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	Mindray	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.	SV300	China	Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad	199.300.000	2.989.500.000	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	Getinge/Maquet	Getinge/Maquet	Servo Air	Suecia	Según especificaciones técnicas	196.000.000	2.940.000.000	
IMESE S.A. - 80016426-1	eVent Medical	eVent Medical Ltd.	eVolution 3e con Turbina	USA	Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad	175.000.000	2.625.000.000	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	IMTMEDICAL	IMTMEDICAL AG	BELLAVISTA 1000	SUIZA / SINGAPUR	Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad	284.145.400	4.262.181.000	

DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
42	42182006-999	Video laringoscopio					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG	C-MAC	Alemania	Videolaringoscopio	250.000.000	500.000.000	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	MEDCAPTAIN	MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	NO APLICA	CHINA	Video laringoscopio	176.000.000	352.000.000	

Beneficio MyPIMES

14 - Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo

Oferente	Precio	Fecha	Hora
EDISON S.R.L. - 80093090-8	64.500.000	24-11-2021	12:55:26.874

Listado General de todas las Ofertas

1 - Aparato Respirador Portatil para Ambulancia

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IMESE S.A. - 80016426-1	102.000.000	24-11-2021	09:29:17.748	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddfba12d54949ef86d79ac41171c2941	
IMESE S.A. - 80016426-1	105.000.000	24-11-2021	09:19:23.461	Propuesta
		Código Verificador:	2001e1813f1c0f89fe8dbc1c82432e08	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	124.260.000	24-11-2021	09:22:09.600	Etapas de Puja

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	59f0ba805493ca37421d841e461147d0
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	133.000.000	24-11-2021	09:19:23.458
		Código Verificador:	30be4d8c1535c1067d34271b6dc71d7e

3 - Balanza de peso corporal con tallímetro e índice de masa corporal

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	12.664.000	24-11-2021	09:41:03.474	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3d8b462d12a4014a5c843e2fb159a3c5	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	16.000.000	24-11-2021	09:19:23.689	Propuesta
		Código Verificador:	7ee320cf227825eace44d83a4cd3349e	

4 - Balanza pediátrica

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.500.000	24-11-2021	10:05:01.246	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57bbcb07201aa73ed586b1f05ee30b5	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	8.000.000	24-11-2021	10:04:24.426	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cab57b63054ebde78c30fd26756696f5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	9.800.000	24-11-2021	10:05:40.087	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb4dbb8629db889371151ab2c7e0b307	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.000.000	24-11-2021	09:19:24.100	Propuesta
		Código Verificador:	53f30919b0bc1d5814269532a65fc6e3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	10.000.000	24-11-2021	09:19:24.109	Propuesta
		Código Verificador:	4fb11a64647c30ff4209842b2723183e	

5 - Bomba de infusión a jeringa

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	720.000.000	24-11-2021	10:25:31.673	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df81d074501f36e2ab416b53bcc8db3d	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	720.000.000	24-11-2021	10:25:32.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00cbcf14be59d4fc87f8a17d2e8ac9e	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	722.000.000	24-11-2021	10:25:19.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9d46478333ba5808e54cced7e669aa9	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	722.000.000	24-11-2021	10:25:25.444	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	959e80b9c88cc27c26c05da9db19425f	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	724.000.000	24-11-2021	10:25:15.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	863c5a88adbc4da80b47c78bfb2021b6	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	725.000.000	24-11-2021	10:25:10.066	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0e235c11399f8237203fb25ebfb969a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	725.000.000	24-11-2021	10:25:16.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ee1a1b7b0b5d85d1a0217c7cc3d13f6	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	727.000.000	24-11-2021	10:25:10.618	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c32293ea601427fa7c5880f6be8bf612	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	728.000.000	24-11-2021	10:25:02.899	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2175b166d1a1312f97ece001f4699d54	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	729.000.000	24-11-2021	10:25:06.479	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c6ae23b7d3523ce89541b3d9fab5544	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	730.000.000	24-11-2021	10:24:48.109	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6fabee8f9765a9506bf03b56b3badec	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	732.000.000	24-11-2021	10:24:47.756	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	020b935b16cd64583b1d98dda9580dee	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	732.000.000	24-11-2021	10:24:55.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edd28f7dbf8ec20ddc042ff54613cbf6	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	734.000.000	24-11-2021	10:24:40.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a5db2331649f74062183936a6eb0a4f	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	734.000.000	24-11-2021	10:24:42.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4467e094e22dc901b17d9ce9c74d9eb3	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	735.000.000	24-11-2021	10:24:33.898	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	3a9b35b81b7fbd188347d833208c10f6
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	737.000.000	24-11-2021	10:24:32.985
		Código Verificador:	803166cc43042ad97fc3f09d70750583
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	737.000.000	24-11-2021	10:24:42.294
		Código Verificador:	8f7aca14964e7664c5f0085598fd9005
BIOERIX S.A. - 80051821-7	738.000.000	24-11-2021	10:24:25.982
		Código Verificador:	aaaff4309faf185f03a01c62350b5b7e
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	740.000.000	24-11-2021	10:24:14.407
		Código Verificador:	a77c435a93b56f50726ed71255f81496
BIOERIX S.A. - 80051821-7	745.000.000	24-11-2021	10:24:17.400
		Código Verificador:	d2b102280785c66b27147ae55de92273
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	755.000.000	24-11-2021	10:24:24.228
		Código Verificador:	5a21abce6a056ff59ae00803aebd9ed1
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	759.000.000	24-11-2021	10:23:54.958
		Código Verificador:	ba45b81bfc38abe3dd9bf426e585d667
BIOERIX S.A. - 80051821-7	762.000.000	24-11-2021	10:24:05.156
		Código Verificador:	50871b407aad17b39136efd93bbd1487
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	763.000.000	24-11-2021	10:24:03.243
		Código Verificador:	aa7a0bb91eec4cc9a6420d574964c9f0
BIOERIX S.A. - 80051821-7	764.000.000	24-11-2021	10:23:54.634
		Código Verificador:	6e07a1dada4920687076ac0f2ccb475c
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	765.000.000	24-11-2021	10:23:45.937
		Código Verificador:	686023d904911bb31bf938c61516e335
BIOERIX S.A. - 80051821-7	765.000.000	24-11-2021	10:23:47.257
		Código Verificador:	dc61c1462d7fa8216d6a5bbf9d649e3f
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	769.000.000	24-11-2021	10:23:38.227
		Código Verificador:	7a18b75be701619297d9871849f94ea8
BIOERIX S.A. - 80051821-7	770.000.000	24-11-2021	10:23:40.087
		Código Verificador:	8c0b8f426c8280647c50eab3068c35e0
BIOERIX S.A. - 80051821-7	771.000.000	24-11-2021	10:23:31.345
		Código Verificador:	af5700f5da0a73fc22af5d502c595c09
BIOERIX S.A. - 80051821-7	772.000.000	24-11-2021	10:23:24.533
		Código Verificador:	f6d2309385687d8fe51c2a793498b5ca
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	773.000.000	24-11-2021	10:23:24.158
		Código Verificador:	68f73c7f9bebeba5ff4c798770310c4
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	773.000.000	24-11-2021	10:23:32.117
		Código Verificador:	35bf5bb12c55d1b9a5aaad770db537f3
BIOERIX S.A. - 80051821-7	774.000.000	24-11-2021	10:23:16.016
		Código Verificador:	388cb0f0401c1186e014046d5de43a8f
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	774.000.000	24-11-2021	10:23:21.301
		Código Verificador:	a329b19301929bc67999db530f839406
BIOERIX S.A. - 80051821-7	775.000.000	24-11-2021	10:23:07.606
		Código Verificador:	c9e441987506efa6982ccae2a7366ccf
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	790.000.000	24-11-2021	10:23:08.844
		Código Verificador:	7cfe032197ab0c8c0fe6636a40a838dc
BIOERIX S.A. - 80051821-7	792.000.000	24-11-2021	10:23:00.167
		Código Verificador:	7358f6e1a71ec3835abe2e83be0f93bf
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	793.000.000	24-11-2021	10:23:03.807
		Código Verificador:	f18ccdf3738f0691a43fa71019f8f91b
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	794.000.000	24-11-2021	10:23:11.482
		Código Verificador:	3a0a3e1b550fec647ac6ba43c2f5f9ec
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	795.000.000	24-11-2021	10:22:50.538
		Código Verificador:	eba9a8d16b888cd4b54d0080757e0d19
BIOERIX S.A. - 80051821-7	795.000.000	24-11-2021	10:22:51.197
		Código Verificador:	4ccfd942f0d1bee394aa01ca92012aa6
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	800.000.000	24-11-2021	10:22:41.360
		Código Verificador:	cc7c5b724007d3c741af46acc258da24
BIOERIX S.A. - 80051821-7	801.000.000	24-11-2021	10:22:42.305
		Código Verificador:	

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	5d2eb57bebe19200bf24bab99b7b0e7e	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	804.000.000	24-11-2021	10:22:43.078	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c26e574c22f452133180375a0831825d	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	805.000.000	24-11-2021	10:22:31.363	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	475ac04ef141a2ab69ad83467f977e04	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	807.000.000	24-11-2021	10:22:34.628	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0086c7815d728eb15ba65936da2b9137	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	808.000.000	24-11-2021	10:22:31.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd55b0f739e86ddd48ec866a02469e1f	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	809.000.000	24-11-2021	10:22:22.600	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5691502ce7e338893e2cb2ac3163cc8f	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	810.000.000	24-11-2021	10:22:14.638	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f203c6fdef8a288b0f22a1b276a8df6	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	811.000.000	24-11-2021	10:22:16.062	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	022abc52d5aeb770f4dc8c17a3f42679	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	812.000.000	24-11-2021	10:22:06.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab71614e0309b8d380b9d79657d242b3	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	813.000.000	24-11-2021	10:22:04.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c23fa91725c127123d5141604adb9ed4	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	814.000.000	24-11-2021	10:21:49.437	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7745b07b4178411b263cf7e208ee826c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	815.000.000	24-11-2021	10:21:51.530	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6cbfe9c0ebdf33a460072d837961250b	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	816.000.000	24-11-2021	10:21:37.683	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d8d51203aa6f535dd8b3175d942a8f4	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	817.000.000	24-11-2021	10:21:30.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0781b6f70efd1fc4668ba9736586e02b	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	818.000.000	24-11-2021	10:21:21.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e1b575dd5697dae4fb9ca676f60f548	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	820.000.000	24-11-2021	10:20:25.669	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63f4116e14be088a99b8adb5d27daeb4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	821.000.000	24-11-2021	10:19:40.509	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be34fede9869ee24ff3e815b58369a4d	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	821.990.000	24-11-2021	10:19:27.610	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dad5275a6a119cf958e8dbb51d00504c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	822.000.000	24-11-2021	10:19:26.628	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32d2e5babd34f0bc5f8788d45c810140	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	822.990.000	24-11-2021	10:19:09.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a66018037821a9f3c749a6b21df45a03	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	823.000.000	24-11-2021	10:18:51.137	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47cb32ecb3bc427be820071171da9d64	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	824.000.000	24-11-2021	10:18:42.431	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff65bfa2e66e2418367f4c0ba896ae94	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	824.900.000	24-11-2021	10:18:30.506	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5be43d5a9018994c087403610a022265	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	825.000.000	24-11-2021	09:19:24.451	Propuesta
		Código Verificador:	fbabdb82d468ce83b6b92104c2381c3d	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	875.000.000	24-11-2021	09:19:24.449	Propuesta
		Código Verificador:	0d845e43ef69970bf4239f731b2793bf	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	900.000.000	24-11-2021	10:12:20.142	Etapa de Puja
		Código Verificador:	56d322fcf8f61db1d55e2b8d76e5e759	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.000.000.000	24-11-2021	09:19:24.452	Propuesta
		Código Verificador:	66a088a10b5ecb6be21f409c0acde79d	

6 - Caja de Cirugía Menor

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	42.640.000	24-11-2021	10:35:46.200	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0537558af2970c89e814655ecd7ac7c1	

Listado General de todas las Ofertas

ALBATROS SACI - 80002766-3	48.000.000	24-11-2021	09:19:24.501	Propuesta
		Código Verificador:	3e50cccabb0baf90a91aaefed14b00a8	

7 - Cama electrica para paciente

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	360.000.000	24-11-2021	11:01:22.121	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c60d3b840f2a3353b6551f147d4a1ab7	
IMESE S.A. - 80016426-1	369.900.000	24-11-2021	11:00:59.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acd1165f9aea73e0b1e708ba14b952cd	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	370.000.000	24-11-2021	11:00:31.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44ebaacc0b8cc3ad68e23cf6135f0e9	
IMESE S.A. - 80016426-1	374.500.000	24-11-2021	11:00:21.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9588ba6b6ef2bdcfab6dcd2fa7cb5c7	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	375.000.000	24-11-2021	11:00:04.935	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a37450913a09f36e0d4fc0011374dd65	
IMESE S.A. - 80016426-1	379.700.000	24-11-2021	10:59:46.474	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	720cb47d79c5f9b7e2820f9ee690d103	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	380.000.000	24-11-2021	10:59:29.648	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5fff0e00adcac34110b17af3175c3c27	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	383.750.000	24-11-2021	11:04:20.060	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e5281b497e5f66c628bad521e81a03e	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	383.760.000	24-11-2021	10:59:38.481	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b84b9697fa06e244215ebe4ce1bd730e	
IMESE S.A. - 80016426-1	389.900.000	24-11-2021	10:59:10.016	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b49e37b75df6d1aee42cbca084223736	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	390.000.000	24-11-2021	10:58:53.948	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30a5c5c1936d80a13022bc25568ecc34	
IMESE S.A. - 80016426-1	399.900.000	24-11-2021	10:58:57.766	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5460450d5e2131fdab664484d74069c8	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	400.000.000	24-11-2021	10:58:33.780	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8ccaa32b8e1f1a98b9d4a03dfe81a8c	
IMESE S.A. - 80016426-1	406.000.000	24-11-2021	10:58:16.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f4e3ab87431ec4776f7b66e3b8e7ef9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	406.390.000	24-11-2021	10:58:38.871	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	188046e2d58f796dd78b592b2638da62	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	406.400.000	24-11-2021	09:19:25.022	Propuesta
		Código Verificador:	f740c3aa8cdae2a14de03ab7f866e06b	
IMESE S.A. - 80016426-1	448.000.000	24-11-2021	09:19:25.017	Propuesta
		Código Verificador:	4d75dc762992b9b28302dd7b742f34e7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	480.000.000	24-11-2021	10:59:22.455	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d99ee3faf3d329688cfcf7843833bd6	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	516.800.000	24-11-2021	09:19:25.012	Propuesta
		Código Verificador:	0d56f7810d481ed1354af03a38e37cdd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	569.602.784	24-11-2021	09:19:25.015	Propuesta
		Código Verificador:	dd8f43a739e0c86102843241a4785fe6	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	639.000.000	24-11-2021	10:52:05.669	Etapa de Puja
		Código Verificador:	93500d92b156a23455a8d3adc918a7a5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	640.000.000	24-11-2021	09:19:25.019	Propuesta
		Código Verificador:	fdd2748bdf7f8e4b3d45f9ec38e2742b	

Listado General de todas las Ofertas

8 - Cama electrica para paciente

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	160.000.000	24-11-2021	11:32:12.563	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	491db2100ab040bb8880c2a11923aa5b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	164.000.000	24-11-2021	11:32:07.869	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	195c841e35bd995e9760c9b2db1ce404	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	165.000.000	24-11-2021	11:32:01.474	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0ffcac625c3e1b8d4416f79975a0db8	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	169.000.000	24-11-2021	11:31:53.558	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb652c9f8c9b04e6d01b765240e4c9e4	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	170.000.000	24-11-2021	11:31:49.896	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2c11696a14bc5e16cddf910a0e9b2e6	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	172.000.000	24-11-2021	11:31:41.745	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d2ec00d2c3c297a1d309b0c41921c42	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	175.000.000	24-11-2021	11:31:38.971	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78272bfaad25886c9b7e37c37e4ea829	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	179.000.000	24-11-2021	11:31:33.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d149dcaae939788993953bb20ee0d1a4	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	180.000.000	24-11-2021	11:31:25.954	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57dec7f23909e4c60b8828d2cfaebd3f	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	184.000.000	24-11-2021	11:31:21.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9790d0d7270e4942f6162da55b360210	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	185.000.000	24-11-2021	11:31:16.201	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18b8e7d9ee172f7891cba07200b6341b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	185.000.000	24-11-2021	11:34:04.211	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc59cff1b8815a4c1fc14aec543df831	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	186.000.000	24-11-2021	11:33:41.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f48b14e97c848fc10e1b68ced4ed3b5c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	189.000.000	24-11-2021	11:32:34.865	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3fae9ac793fec55dcb29aefc2f879eb9	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	190.000.000	24-11-2021	11:31:02.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3fcb8eaf4a459a6f28f79680a30d25f9	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	190.000.000	24-11-2021	11:32:18.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24fe197a30c988aa1476c21a351f0ed5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	193.000.000	24-11-2021	11:31:51.756	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	259f19ac6af16d44f085254b96fba79f	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	194.000.000	24-11-2021	11:31:18.759	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48e84ebc30d22478db130e47b05b454e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	194.000.000	24-11-2021	11:31:20.334	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b99fa900a937b67beb0d5a909686faf	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	195.000.000	24-11-2021	11:30:51.733	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c808c7d268f117f94ee7690be12bde3	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	195.000.000	24-11-2021	11:30:57.773	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abd14a97eef03a5f9c1211df86ed1e2e	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	198.000.000	24-11-2021	11:30:39.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14cd26d7f82d2c47babfdc2c751efa90	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	200.000.000	24-11-2021	11:30:21.809	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ffea9d029cf5957fc990e48368c8ed4	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	205.000.000	24-11-2021	11:30:34.764	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc3efc3faf5824ddd73c64f4545d1e1	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	206.000.000	24-11-2021	11:30:50.319	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a776a135687e89aa9d3cb43b0b79ebb2	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	207.000.000	24-11-2021	11:30:30.701	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7fd6152b6160bcb7dee2f2d8e2c0a9e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	208.000.000	24-11-2021	11:30:31.340	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7e6df1b7f68cf49b42e4950a0ee2f2a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	209.000.000	24-11-2021	11:30:11.328	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dca6bad6102aca7532581303bff0d952	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	210.000.000	24-11-2021	11:29:56.683	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	572845b1d5c57d6e5aa98eebca1f15e8	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	220.000.000	24-11-2021	11:30:05.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acb938da54fb2e766de273932b0c4745	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	228.000.000	24-11-2021	11:29:38.329	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01ff3c57feb1af82ea9c16edb028866d	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	230.000.000	24-11-2021	11:28:58.413	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f59fdbbe4f97994c542fb00d24402cf21	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	230.000.000	24-11-2021	11:31:23.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7080cce91dba026da4ee6faee12442	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	235.000.000	24-11-2021	11:30:49.208	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3dd89eece429e5ebccbb284e2157da65	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	236.000.000	24-11-2021	11:30:00.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86ad7c83a400b758233d8c8de499d676	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	237.000.000	24-11-2021	11:29:28.676	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b798fe48f3758bead9ec8f5162f1637	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	250.000.000	24-11-2021	11:29:02.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	243ce36c4f98fe2fdb03def5466236aa	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	255.000.000	24-11-2021	11:28:40.126	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4dbdcd79bae70da5bac47f13af2a29eb	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	255.000.000	24-11-2021	11:28:45.836	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26f33a037ad13c051feb45b31f9b3369	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	261.500.000	24-11-2021	11:17:33.020	Etapas de Puja
		Código Verificador:	368e1bdb08ecf8937aa70b8a42b807b6	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	262.000.000	24-11-2021	09:19:25.504	Propuesta
		Código Verificador:	fbf6523aa307a563c45b609e9a068be7	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	264.000.000	24-11-2021	09:19:25.490	Propuesta
		Código Verificador:	0ea33bd3d82b8cc7f38b39b6c543ee23	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	302.087.748	24-11-2021	09:19:25.502	Propuesta
		Código Verificador:	981fc94971a6b2f04e6cc0ba22454aa7	
IMESE S.A. - 80016426-1	319.500.000	24-11-2021	11:28:41.454	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25be2263d93ffe95a2208b6475cc8718	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	320.000.000	24-11-2021	09:19:25.503	Propuesta
		Código Verificador:	0843051021e5e7f5a30e48597f53e930	
IMESE S.A. - 80016426-1	336.000.000	24-11-2021	09:19:25.494	Propuesta
		Código Verificador:	6827b1a586e963e0c6b9745634af2b6a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	367.740.000	24-11-2021	11:22:27.783	Etapas de Puja
		Código Verificador:	2e900ca6cad9d62243adbf7c3c7eb0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	367.750.000	24-11-2021	11:14:13.163	Etapas de Puja
		Código Verificador:	e0d45b88c25c51e34ea32922fe29efd2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	367.759.000	24-11-2021	09:19:25.493	Propuesta
		Código Verificador:	c2b5f1cb81b55b82490b2d0ae383439d	

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	423.000.000	24-11-2021	11:49:05.578	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b4564ede46f095e41bb7a2093f81baf	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	425.000.000	24-11-2021	11:48:50.215	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	935d089640f9907bdb2a854d40b282af	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	430.000.000	24-11-2021	11:47:03.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d2703812d7cfe91a367459568d51ff2	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	437.500.000	24-11-2021	09:19:25.800	Propuesta
		Código Verificador:	4bf6679fb55d96d748400d66b4214290	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	489.000.000	24-11-2021	11:47:43.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e70c49391043a45e11bc93997de0d521	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	558.125.000	24-11-2021	09:19:25.803	Propuesta
		Código Verificador:	f34308e8ca71fda77da180c05ce26321	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	601.035.250	24-11-2021	09:19:25.807	Propuesta
		Código Verificador:	ed82257c4217a929c632eaa3cc7bb00e	

10 - Camilla con ruedas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	56.550.000	24-11-2021	09:19:25.915	Propuesta
		Código Verificador:	f5a71779096d2443dd43f1cafa619910	

11 - Cuna de Internación Infantil

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	103.900.000	24-11-2021	12:14:53.407	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	785335b82dfeef04eee27cb00a12b0bb	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	109.500.000	24-11-2021	12:14:52.418	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6613eef53b1e8139b1aa1312a9205ca9	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	110.000.000	24-11-2021	12:14:16.620	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb8dc6b58a0c4929c97fa11ceba8bfef	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	114.000.000	24-11-2021	12:14:04.629	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	149296e71f06152dd1d757cdbffed9bc	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	115.000.000	24-11-2021	12:13:45.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e936908816ae87bedf40a6faf979037	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	119.000.000	24-11-2021	12:13:20.030	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3d09b27f9d528c3e46d0606e8bd4f13	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	120.000.000	24-11-2021	12:12:50.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c0a775f976a205d8142c34efee5ea30	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	124.000.000	24-11-2021	12:12:46.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84221f9db7ac76393fb4252d16eb3db3	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	125.000.000	24-11-2021	12:12:27.567	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf85292d620caf3a5ddefe04ef1faf58	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	129.000.000	24-11-2021	12:12:13.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddb5c9071dd7273c6a2397507ee4dd0e	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	130.000.000	24-11-2021	12:12:03.969	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa265da1f7c6e36f778fc2587b51816b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	134.000.000	24-11-2021	12:11:50.808	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	613026c630c1feb71dae93fec970658b	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	135.000.000	24-11-2021	12:11:34.577	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf6a7ecce00c6ee777a58032a1d07f82	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	138.000.000	24-11-2021	12:11:19.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afee79f4a7c323c01d41b9b22465bf2a	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	140.000.000	24-11-2021	12:11:09.405	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	225e267af86b26b39518930305173e30	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	144.000.000	24-11-2021	12:11:04.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07ca1bdbd474af87f516669cb2810d12	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	145.000.000	24-11-2021	12:10:39.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f0ebb0c660d17d20daa18630c9437fc	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	149.000.000	24-11-2021	12:10:17.990	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	811b6c76739e74acc33db08efd1a393b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	150.000.000	24-11-2021	12:10:00.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a023c0a2c3675953e9eeb13f9f281189	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	155.300.000	24-11-2021	09:19:26.157	Propuesta
		Código Verificador:	21baea0b581aed2a8db598f5eb3c6635	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	160.000.000	24-11-2021	09:19:26.150	Propuesta
		Código Verificador:	de01900c3defa4fbdaca4361773d30cf	

12 - Cuna de Internación Pediátrica

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	145.000.000	24-11-2021	12:26:27.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	333e2b5da62455407224f8021abb1b45	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	146.000.000	24-11-2021	12:26:02.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	803f8d33c37d90bb37b29411a3cbebbd	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	148.000.000	24-11-2021	12:25:53.512	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4bbb8ff4409be0ab6ab151990b0c9ba3	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	151.000.000	24-11-2021	12:25:27.379	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc0799301938617ead628dc67d63cf99	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	152.100.000	24-11-2021	12:25:18.427	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebf88276fa1d128b8dfc4c9269897a0b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	158.000.000	24-11-2021	12:25:05.143	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14644c04061ba6121f2b775b1d142b77	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	159.000.000	24-11-2021	12:24:48.170	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19622ea4bcad9738ee1523d879bca28a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	164.000.000	24-11-2021	12:24:41.629	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a65b99e25edfada2b59120d6b0c61c9	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	165.000.000	24-11-2021	12:24:25.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	653a87921a0ddf83bad74fd9f50bb97	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	169.000.000	24-11-2021	12:24:13.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d37119da65449e6f263a1f6ff096140	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	170.000.000	24-11-2021	12:24:03.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b38f320826b6ec5aa4c3e149be32068d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	174.000.000	24-11-2021	12:23:51.274	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	848614a256a6acf0398ab187785876e6	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	175.000.000	24-11-2021	12:23:36.423	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d32c1658ed19271d9983fc5858de8ff6	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	178.000.000	24-11-2021	12:23:27.288	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d19a564dba01fcd9b7d70219c529f88	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	179.000.000	24-11-2021	12:22:51.118	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c278ab1c75f2cdcbcc669256da2889a1	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	180.000.000	24-11-2021	09:19:26.279	Propuesta
		Código Verificador:	f75e04af06272a746a8170b9ef8d21b9	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	229.800.000	24-11-2021	09:19:26.280	Propuesta
		Código Verificador:	1782c2a3a3bbbf36e80e39a945c42f6	

13 - Desfibrilador

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

25-11-2021

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	220.000.000	24-11-2021	12:40:13.099	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0c5effc29d09738a538e3b0d7dc87a7	
ALBATROS SACI - 80002766-3	354.000.000	24-11-2021	12:40:35.470	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c4d17a91d06133dbebac1e0a2e3658b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	355.000.000	24-11-2021	12:39:58.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21d59666e88d0c5a5a38d8cc1f62d375	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	356.000.000	24-11-2021	12:39:48.219	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d8fd944655a989186379454823e908f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	357.000.000	24-11-2021	12:39:37.011	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82dd16d63f9923846f39937cfd9add6f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	358.000.000	24-11-2021	12:39:18.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70351f0c3907e6bcd79c7b44631b5340	
ALBATROS SACI - 80002766-3	358.800.000	24-11-2021	12:39:40.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2475226eed119fbf63af8d13d233bb1	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	359.000.000	24-11-2021	12:38:18.995	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba1f32ea382b6d9d49d5f7e3b25ce641	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	360.000.000	24-11-2021	09:19:26.707	Propuesta
		Código Verificador:	4ef675946d8341327840a4909b68a268	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	375.000.000	24-11-2021	09:19:26.708	Propuesta
		Código Verificador:	bbcf9962e8f86be7894d4866d3c609d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	380.000.000	24-11-2021	12:39:23.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9de3ed89d26808a718dc3301d6f0ae83	
ALBATROS SACI - 80002766-3	384.378.750	24-11-2021	12:39:02.517	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a91a698dd173e134fc18a0ae9f589851	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	400.000.000	24-11-2021	12:39:04.197	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51bfd304209053177c3f51f7b3c8d2b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	405.000.000	24-11-2021	09:19:26.706	Propuesta
		Código Verificador:	3e555be620868ca430c5e59975b61dfd	
ALBATROS SACI - 80002766-3	405.000.000	24-11-2021	09:19:26.709	Propuesta
		Código Verificador:	55bf2bfccad1b65d560dcde3cca655b	

14 - Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDISON S.R.L. - 80093090-8	64.500.000	24-11-2021	12:55:26.874	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	a221b144ef634850b4449442601b6b9a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	65.000.000	24-11-2021	12:54:35.325	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7bf4dd2a99d00a7c259e8dca5d8e51a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	67.000.000	24-11-2021	12:54:10.164	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	157f90484023656cccb43a8e0d42aa5e	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	68.000.000	24-11-2021	12:54:32.549	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7353830a1b92ae252f8554e954a09020	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	69.000.000	24-11-2021	12:53:44.890	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	427298953227ed5bafa4ad60fff7786d	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	70.000.000	24-11-2021	12:54:23.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e12de1693bb605440170257c2b2e02b1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	71.000.000	24-11-2021	12:53:16.305	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2de5ca3e508c848b64e94f0d8b84b1d9	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	71.000.000	24-11-2021	12:54:03.599	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e92de1705b9b0f620a76569d906216f1	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	72.000.000	24-11-2021	12:53:53.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50a2a5b6d86a0777a6cfb8afca6e51e9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	73.000.000	24-11-2021	12:52:31.121	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4571cb0e03956ede2cb277f080afb75	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	73.000.000	24-11-2021	12:53:40.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f7231e5b233f52f9f7f9fd5291fde0e	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	74.000.000	24-11-2021	12:53:30.481	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb3becb132026bc35cbb8b80fcb8922d	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	75.000.000	24-11-2021	12:53:11.690	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	a73b8be331ffe4025c0bd8bdaf474b27
EDISON S.R.L. - 80093090-8	76.000.000	24-11-2021	12:52:49.416
		Código Verificador:	005723660214495a61f7605e2c1b27d1
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	78.000.000	24-11-2021	12:52:09.070
		Código Verificador:	f380fbf0543f7d2bce585452aa7d955d
EDISON S.R.L. - 80093090-8	79.000.000	24-11-2021	12:52:32.676
		Código Verificador:	0544a567cc09894f969d8809812d6450
EDISON S.R.L. - 80093090-8	80.000.000	24-11-2021	12:52:17.529
		Código Verificador:	ae674428b3affc3122d6626bd47a49ae
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	85.000.000	24-11-2021	12:51:46.950
		Código Verificador:	350bb5df85172b4a2832fb64a8ee4cf
EDISON S.R.L. - 80093090-8	87.000.000	24-11-2021	12:52:03.742
		Código Verificador:	630fba90fa09096f7c86105d4eae6f1f
EDISON S.R.L. - 80093090-8	88.000.000	24-11-2021	12:51:55.248
		Código Verificador:	37fab608d0ec1bb2536b03343e27f1d
EDISON S.R.L. - 80093090-8	90.000.000	24-11-2021	12:51:39.598
		Código Verificador:	cbdf315ce3acb22bcc257dda149363c9
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	91.000.000	24-11-2021	12:51:28.418
		Código Verificador:	561b9d978ad22927d3e19223b00b92cc
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	98.000.000	24-11-2021	12:50:55.631
		Código Verificador:	f8f65c1b5a27f2549400af7948d6bc4b
EDISON S.R.L. - 80093090-8	98.000.000	24-11-2021	12:51:31.671
		Código Verificador:	0990fe3bbd90ab7e7a9c28810323870f
EDISON S.R.L. - 80093090-8	100.000.000	24-11-2021	12:51:14.537
		Código Verificador:	78ec0a98527b13142866232b5cbe0477
EDISON S.R.L. - 80093090-8	120.000.000	24-11-2021	12:50:48.418
		Código Verificador:	54aa991f0b820d2408a6959b7aba97b4
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	130.000.000	24-11-2021	12:50:24.406
		Código Verificador:	1217689f2beb78fa712bc729b872d8c0
EDISON S.R.L. - 80093090-8	135.000.000	24-11-2021	12:50:39.284
		Código Verificador:	8be4d1bdb88aab6152a684756f0dd43
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	160.000.000	24-11-2021	12:49:58.541
		Código Verificador:	d4ca77ea6171b956b7c3345d7238e560
EDISON S.R.L. - 80093090-8	160.000.000	24-11-2021	12:50:18.022
		Código Verificador:	2b4d1aff28544d893ecbfc62d1ef12c9
EDISON S.R.L. - 80093090-8	170.000.000	24-11-2021	12:50:08.932
		Código Verificador:	5543655fbc43416d628bec99ff99adf4
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	170.000.000	24-11-2021	12:54:37.914
		Código Verificador:	80310a71afe8f221a14bc117d52bf938
EDISON S.R.L. - 80093090-8	180.000.000	24-11-2021	09:19:27.054
		Código Verificador:	be2cfb2eaba6762203f616fa3164f467
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	180.000.000	24-11-2021	12:53:13.734
		Código Verificador:	5db09532501f6a0de450ef86c9af8cd6
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	200.000.000	24-11-2021	12:52:35.331
		Código Verificador:	9e0f5995e17ca8f2f3647838b2d03c13
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	217.000.000	24-11-2021	09:19:27.050
		Código Verificador:	3ba705e3674c17e87cc55a9371aaa925
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	240.000.000	24-11-2021	09:19:27.034
		Código Verificador:	c5b6b69632983e16be6d6a5b3fb68773

15 - Electrobisturi

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.194.000.000	24-11-2021	13:11:28.062	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6dde44dfc126b7ab8d7f979f391e43	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.250.000.000	24-11-2021	13:05:13.818	Etapa de Puja
		Código Verificador:	907e974c9e18ade630729d6211e106cf	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.300.000.000	24-11-2021	13:00:46.576	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5350431d24b6b55e5489ebc00c418fed	

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.350.000.000	24-11-2021	09:19:27.151	Propuesta
		Código Verificador:	d2a885c33ea7e7ece289db2ba8e393e544	

16 - Ecografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	290.000.000	24-11-2021	13:32:18.979	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a192a5d698cb01debeff010d2528d458	
IMESE S.A. - 80016426-1	298.500.000	24-11-2021	13:32:07.876	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df58e55d2d706afdf6cb18814a7e2495	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	299.000.000	24-11-2021	13:31:44.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59c214f52a3f80182e6192703dcb2b03	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	304.000.000	24-11-2021	13:31:00.661	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e243a8054bd5df0361b52022ae549fa5	
IMESE S.A. - 80016426-1	309.500.000	24-11-2021	13:30:53.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b25b377e978f95f10e606ed0c548daf6	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	310.000.000	24-11-2021	13:30:36.993	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11d20d2f6a462f142117264fd0979739	
IMESE S.A. - 80016426-1	319.500.000	24-11-2021	13:30:30.102	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f7d01d301521a2dc6d2e7caa9e7d676	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	320.000.000	24-11-2021	13:30:15.985	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b799dce2fc47412786297ba44f2410e	
IMESE S.A. - 80016426-1	325.700.000	24-11-2021	13:30:09.259	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d06a5cb8a1dbcf15f9855bd1c034eb08	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	330.000.000	24-11-2021	13:30:00.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df48f21473b8623f58b28433c31d71db	
IMESE S.A. - 80016426-1	339.700.000	24-11-2021	13:29:47.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	611cd59a1b762a3c9d5aaae4f3385c42	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	340.000.000	24-11-2021	13:29:35.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5472f622b49fe82ff9698551e838d77e	
IMESE S.A. - 80016426-1	347.900.000	24-11-2021	13:29:26.590	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f13bb4d8385dbe62b75d2d66600aa28	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	350.000.000	24-11-2021	13:29:12.288	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6cd691431bed943f799eb932c8255352	
IMESE S.A. - 80016426-1	359.500.000	24-11-2021	13:29:03.953	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb555e28f45f4918733bc227c0fc4364	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	365.000.000	24-11-2021	13:28:50.728	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c82a02b69b7aca5394c10ed52bf08079	
IMESE S.A. - 80016426-1	368.000.000	24-11-2021	13:28:32.142	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b7ad5b29d5f36e0130a2c2362923e51	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	375.000.000	24-11-2021	13:28:22.241	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c7f4867f74cbfb3babddae024540506	
IMESE S.A. - 80016426-1	380.000.000	24-11-2021	09:19:27.545	Propuesta
		Código Verificador:	7e77c2703fb43c1db08ddb2a4a0e9b5e	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	390.000.000	24-11-2021	09:19:27.569	Propuesta
		Código Verificador:	e5b9ca0df5ccfa6227a8c189bb1c57cf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	550.000.000	24-11-2021	09:19:27.539	Propuesta
		Código Verificador:	ac518027e52d01ff31865d22e1064b82	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	680.000.000	24-11-2021	13:31:05.213	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8c4ed6d3497e26eed7a5141173e04ae	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	800.000.000	24-11-2021	09:19:27.551	Propuesta
		Código Verificador:	4b6589492686a0f28695cdc079f1dc9b	

Listado General de todas las Ofertas

17 - Equipo Analizador de gases

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.000.000.000	24-11-2021	09:19:27.652	Propuesta
		Código Verificador:	3faa16efca0ecd1b131c2800d20d2184	

18 - Equipo para Luminoterapia

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	46.000.000	24-11-2021	14:01:45.222	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45f890f928bbe1153a258f422920930d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	47.500.000	24-11-2021	14:01:39.519	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f72d3b7c73d5a36e098f594458239be8	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	48.000.000	24-11-2021	14:01:13.131	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d590cea3bd45013418f4849839031162	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	49.000.000	24-11-2021	14:01:05.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98dfdca300f9174d46714cd7637bf2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	51.000.000	24-11-2021	14:00:56.315	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2796b6094b77f4b77933c0d84155db7	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	53.000.000	24-11-2021	14:00:44.065	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2163472fbb3318f8373293bf80c64f48	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	54.000.000	24-11-2021	14:00:31.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b281b682baf24443b64f1ad0dddcb88	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	56.000.000	24-11-2021	14:00:26.588	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5733d0682f0e73208723cf99968943a	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	57.900.000	24-11-2021	14:00:34.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c55cbd383b526dd949cc8c0bfae8a62	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	58.000.000	24-11-2021	13:59:29.860	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6d23c0368b26a3b90cd94b11d5e4a37	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	60.000.000	24-11-2021	13:59:39.161	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dce7d4ed516fba9a5d370f8fc11dfdf1	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	62.000.000	24-11-2021	13:59:20.749	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ad1223a4d2c5a534a547b8ab350aa0a	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	62.000.000	24-11-2021	13:59:22.138	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9635aafca869aea94fb416fade11beb6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	63.000.000	24-11-2021	13:59:08.752	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6e4d394ac220c4159ba9be8d85bdd02	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	68.000.000	24-11-2021	13:59:02.966	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34defe1ff98f1d9dd98db1e10a7f91eb	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	68.000.000	24-11-2021	13:59:06.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7fe5ef0cff8b6edcf52864fd58d3e307	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	70.000.000	24-11-2021	13:58:37.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdcd551f5519d3f35479d9c7a26d0be9	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	70.000.000	24-11-2021	13:58:47.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aafcf0216104bc144c4738ca8470b813	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	71.000.000	24-11-2021	13:58:13.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	942c4ab3d4b8ec6dd2408f579f1ab7e9	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	74.000.000	24-11-2021	13:58:17.088	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63f097428e5a769c2125f94a4f645730	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	78.000.000	24-11-2021	13:58:06.826	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8a0172f8fca091676bb04080a242e62	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	79.000.000	24-11-2021	13:57:42.523	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79fafa4a4a192b124119d2b0a1993516	

Listado General de todas las Ofertas

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	81.000.000	24-11-2021	09:19:28.063	Propuesta
		Código Verificador:	2251e5837bf136c1280889ffdb19b808	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	82.000.000	24-11-2021	09:19:28.051	Propuesta
		Código Verificador:	dc6f1ea705ad614a011e702705c0fd2b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	114.121.000	24-11-2021	09:19:28.059	Propuesta
		Código Verificador:	a1198d2d4bede9cc830cfcfacb8020ad	

19 - Equipo de rayos X portatil

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	343.000.000	24-11-2021	14:16:48.791	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0f8aab56bfade6d6ceaf1886a755fba	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	348.000.000	24-11-2021	14:16:38.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94fbc8ea4b85eea80fd3c6c99589563f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	349.900.000	24-11-2021	14:16:34.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c75da882fa5f7b98337646ffa5fe378	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	350.000.000	24-11-2021	14:16:11.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2fa19b8e7b3fea961deae3038ced0e8e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	357.900.000	24-11-2021	14:16:04.270	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be99883526b430050d0bbf405f1ef216	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	358.000.000	24-11-2021	14:15:42.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64b310699210f24371aa6597cea31b73	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	360.000.000	24-11-2021	14:15:37.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04a3e9337f48921422a077ffeabe56d7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	365.000.000	24-11-2021	14:15:33.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f523676423b2b3cff826af78677db1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	369.000.000	24-11-2021	14:15:24.568	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d39209db9901d87009c584ecc943a27	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	370.000.000	24-11-2021	14:15:20.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc65f9b7b1369d1107a932af02061b85	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	373.000.000	24-11-2021	14:15:12.756	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc90f87205a534fe097f46ab9c17b0d7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	380.000.000	24-11-2021	14:15:01.629	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cadfaa577a747a3de3eeec7f7f456f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	381.000.000	24-11-2021	14:14:56.629	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5924cb308870aef9a0cc76b3ad7c898a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	390.000.000	24-11-2021	14:14:42.507	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dde278039eef7e55013d0da4932b3694	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	400.000.000	24-11-2021	14:14:48.728	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d64dfd38bae7f78dcb7038d5b657216	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	409.000.000	24-11-2021	14:14:33.399	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c3337eb30c2a8c8075dd42d010ba89c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	410.000.000	24-11-2021	14:14:23.430	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73e847954d902f885f53baabc794845	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	429.000.000	24-11-2021	14:14:23.572	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a9f51db173d1bfb6057470afefd821e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	435.000.000	24-11-2021	14:14:10.234	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	deb96a00081ad06f7076234a16d9810a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	440.000.000	24-11-2021	14:14:15.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12db0ac83cc62919fa004b4d6386a0b9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	448.000.000	24-11-2021	14:14:00.562	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10d86774dabd74c9c1281ad0a30248ea	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	460.000.000	24-11-2021	14:13:50.812	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4100e8b8fc7ea0a2aaf82b967ad605f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	465.000.000	24-11-2021	14:13:39.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c481a9bf88d33a68b91f16e9a63f834a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	470.000.000	24-11-2021	14:13:38.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	013a10f5a54cd9cb4fed0516c35f3212	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	476.000.000	24-11-2021	14:13:26.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7d017f13d23dd1ecd50f7899dedcd09	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	480.000.000	24-11-2021	14:13:18.511	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d73b9c3fccaad313bec091f820801381	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	488.000.000	24-11-2021	14:13:07.908	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91a6de13db071f8a37fb9a32bb2f5ed4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	500.000.000	24-11-2021	14:12:54.743	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	924d637daca474192867b0390d29a90d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	505.000.000	24-11-2021	14:12:55.002	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b61b4d1a978ad10dc219d9c6794fc45	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	510.000.000	24-11-2021	14:12:43.850	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	504369779950066ca926e8f5b30ae01b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	518.000.000	24-11-2021	14:12:44.557	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6be557594c346baecc0cb0efcfc4d93	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	520.000.000	24-11-2021	14:12:25.752	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b9310501b6948ee563f12bb68be5e0d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	528.000.000	24-11-2021	14:12:34.041	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd318458ec5852d515534aaaf3cab3b1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	535.000.000	24-11-2021	14:12:15.373	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	935392ddefeda13686b9bb922be3db81	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	550.000.000	24-11-2021	14:11:56.880	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c422c62983a95fccc3ce345f74e520b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	555.000.000	24-11-2021	14:11:39.796	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	339af3a6631a4ce71cd3fa9df0bf6b33	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	560.000.000	24-11-2021	14:11:24.474	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fed1fa20b8dbb3f7ed3e7139515daea3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	575.000.000	24-11-2021	14:11:07.504	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	891ec48f300901a4df97aadcd8851bf4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	580.000.000	24-11-2021	14:10:46.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd328614d57cf074bbef55bf48d7e83b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	590.000.000	24-11-2021	14:04:09.365	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fde0771e6c8490c8bf05a2380803ffd4	
RESCORP S.A. - 80097071-3	600.000.000	24-11-2021	09:19:28.423	Propuesta
		Código Verificador:	41b0739dc2e026d3511f504791f8c820	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	620.000.000	24-11-2021	09:19:28.419	Propuesta
		Código Verificador:	a3554802d8e3381f308bba777a565cc0	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	732.000.000	24-11-2021	09:19:28.417	Propuesta
		Código Verificador:	087ef1b7c9409e8f53cc99d8955401c1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	897.524.256	24-11-2021	09:19:28.410	Propuesta
		Código Verificador:	14784981f0840408e5ed7d419bae2401	

20 - ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	13.390.000	24-11-2021	14:33:37.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5febed14131a36df75d58b34b6fc98e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	13.399.000	24-11-2021	14:33:23.261	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc80f1f02d441fea10175ffdc7c54478	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	13.599.000	24-11-2021	14:33:14.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd7990e56f560da08e0fa0f6ea3feecd	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	13.699.000	24-11-2021	14:32:59.700	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2866055195d6f81de3f57d85bbabc28	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	13.899.000	24-11-2021	14:32:50.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	440772f44283fe04181fb5d951edbc72	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	13.999.000	24-11-2021	14:32:40.021	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31f26eb3ddffdfb6bcadd22bd06dee90	
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	14.000.000	24-11-2021	14:33:18.459	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7ce60899042b2ed8915ca3fc4e3b13	

Listado General de todas las Ofertas

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	14.050.000	24-11-2021	14:32:39.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3015e6b41ca2d343db7df94cf6a8503c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	14.099.000	24-11-2021	14:32:29.244	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01b13850b3fd387c8b6b4a80877bf3af	
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	14.290.000	24-11-2021	14:32:29.771	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	620242f2b172cc7c252f774c0221ce8d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	14.299.000	24-11-2021	14:32:17.796	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7ef8bdece4a7288294ed2a43528ab0	
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	14.350.000	24-11-2021	14:32:18.527	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	240c1e9c59de2af59b9724a3d045a320	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	14.379.000	24-11-2021	14:32:09.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3acf05c0265d3261a110a4ae93bdc70	
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	14.380.000	24-11-2021	14:31:55.647	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b34bc2c8ff11f230a465d8207b443e13	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	14.389.000	24-11-2021	14:31:49.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3dc164f4860593dfc819f932f6143ec4	
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	14.390.000	24-11-2021	14:31:34.471	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abd07b39be2a1e29e0b7ffe9794b5381	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	14.399.000	24-11-2021	14:31:16.547	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30dfdca4484e4fa662505854d6602a9b	
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	14.500.000	24-11-2021	14:31:06.621	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97d1a5c84fa3d47a5ca74c7f1ddff1f3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	14.599.000	24-11-2021	14:31:08.465	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4531204cd6cf208c5e22bec87faab4ea	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	14.699.000	24-11-2021	14:30:56.058	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bcecab31281cbec539f5389c049e7882	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	14.899.000	24-11-2021	14:30:48.973	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc610ead1fafea24f8e8e86754a70aca	
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	14.950.000	24-11-2021	14:30:56.608	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0158da1e3c5605282bbf41a5e75d803	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	14.999.000	24-11-2021	14:30:41.535	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00dc82d63392c6923b9c8585d93d209d	
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	15.350.000	24-11-2021	14:30:31.726	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76ccd5868bf2bb90d422aa83b55f47ce	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	15.399.000	24-11-2021	14:30:19.563	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85c7be271935f0157ee16c0bbc1260d3	
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	15.500.000	24-11-2021	14:30:23.664	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3228afc2de32ac8f42d33844f3f06a4c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	15.699.000	24-11-2021	14:30:06.332	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d21976b1418a44661673d77a224e0667	
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	15.700.000	24-11-2021	14:30:15.484	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58bb6008df83b493fd340dc227660052	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	15.799.000	24-11-2021	14:29:53.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5137631ce8dac1852f5695e22daac2c0	
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	15.998.000	24-11-2021	14:30:03.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42ebb980f911138b60b804f763664d28	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	15.999.000	24-11-2021	14:29:43.507	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea32caa69b95a5c0b0764e26f30d7256	
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	16.450.000	24-11-2021	14:29:34.487	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81129411047a865158865e98330347a2	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	16.499.000	24-11-2021	14:29:23.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a010ae70df1ade7c0223f1fe2c1dbb2	

Listado General de todas las Ofertas

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	16.550.000	24-11-2021	14:29:25.841	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5bbe3258c96b22abeae29f74e848abd4	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	16.599.000	24-11-2021	14:29:14.296	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40d5ceb784e8f003c389da4eb081742b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	16.699.000	24-11-2021	14:29:07.637	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a8efa98b7cd37e13f49c12e872b54dc	
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	16.700.000	24-11-2021	14:28:26.721	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e4c104711a07535a99ef96b9cce68a6	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	16.799.000	24-11-2021	14:28:09.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9644a2d4bb3bb674bde76da73a49f76	
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	16.800.000	24-11-2021	09:19:28.730	Propuesta
		Código Verificador:	a95124400e2b00f72718da2cd83098d5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	22.000.000	24-11-2021	09:19:28.733	Propuesta
		Código Verificador:	6537e656e2e77cf69c7dcde3fe12357	

22 - Humidificador

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	392.000	24-11-2021	14:40:48.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d62aba68487221635fb637cb8b74126	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	400.000	24-11-2021	09:19:28.950	Propuesta
		Código Verificador:	8eb0dbd587d88aa192bd670d5bca3959	

23 - Incubadoras de Terapia Intensiva

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	399.900.000	24-11-2021	15:00:00.404	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3a845419661ab11dfbfff91a73efa2	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	404.000.000	24-11-2021	14:59:51.020	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d18f2bf1f130bb3d0e4cb586b5f9eb8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	405.900.000	24-11-2021	14:59:43.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e7845ab1455e0e957c2538f65d384da	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	415.000.000	24-11-2021	14:59:37.495	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8cfae966a63df722049e09d7193021b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	419.900.000	24-11-2021	14:59:30.777	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a0652f2b57d09961c2f76b8056d4517	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	425.000.000	24-11-2021	14:59:19.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be019e7f03e30c2f966dec7d907e3137	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	429.900.000	24-11-2021	14:59:13.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9644a48662fc71175ce14663dc3aa2c8	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	435.000.000	24-11-2021	14:59:05.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36fd464f3734d347a551abd92f6ee665	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	439.900.000	24-11-2021	14:58:58.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0df4bba9c824da80721cc6eafa6e2bd0	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	450.000.000	24-11-2021	14:58:47.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ec6553bae0f60f0464ce788ec46e133	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	459.000.000	24-11-2021	14:58:37.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01f0629f542b4960eaf6868c089161a6	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	467.000.000	24-11-2021	14:58:37.662	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5334d87217d5ecd780b848ec847b5200	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	469.000.000	24-11-2021	14:58:30.182	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe312253cdc877ac4aec07a3160388fd	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	470.000.000	24-11-2021	14:58:22.498	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	544b559884441b5bd0f45565164143eb	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	472.000.000	24-11-2021	14:58:16.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f79c2f5d4a694d0bf4eaf4d189b896d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	473.000.000	24-11-2021	14:58:07.551	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2410da04eb9c3a9d7cdf5fdb3127b959	

Listado General de todas las Ofertas

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	488.000.000	24-11-2021	14:57:55.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa1fb5f6b5413c14430fe94fbf2867c6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	489.000.000	24-11-2021	14:57:47.173	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0564f793b54e65de47253ff002d8cb5b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	508.000.000	24-11-2021	14:57:46.755	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4de43cbf5f438f09c89f35e0c5db9b3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	510.000.000	24-11-2021	14:57:33.386	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	353cbd83c90b454dfe23a4f03afbe8e7	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	520.000.000	24-11-2021	14:57:54.006	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	289a228276171c549c8f7967352fb08e	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	528.000.000	24-11-2021	14:57:26.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	005995c05e535dd61a00e8c8f240b13e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	529.000.000	24-11-2021	14:57:14.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ab32a6701a512e27ed7fb2709e779c3	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	540.000.000	24-11-2021	14:57:25.260	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57ec803da441c060043d400d2681d68a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	544.000.000	24-11-2021	14:57:10.423	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50d9bc90d3a247241857971ad86980da	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	545.000.000	24-11-2021	14:57:02.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	426ffbdbffbeca160e6fd4321f334fc	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	545.000.000	24-11-2021	14:57:10.645	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69f4a3dab1758c30d6c688a74e1eee7b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	552.000.000	24-11-2021	14:56:54.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5490c380b0bc4355c8e35fb7f62759be	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	555.000.000	24-11-2021	14:56:44.380	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0a4b5b3ac5a93f7e01b8d404fce9811	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	570.000.000	24-11-2021	14:56:48.754	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3db2ee77c6e3442da3424051dc28af75	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	575.000.000	24-11-2021	14:56:32.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0c010c1b87abe312e6194aff7f489f6	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	577.000.000	24-11-2021	14:56:23.836	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3acad6913af1bd36d0872e6bfd27fd4	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	579.000.000	24-11-2021	14:56:03.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebe4947b3046d2e35ceb3250293e6a1e	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	580.000.000	24-11-2021	14:55:55.804	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfc0b7274d32c3e00dd0b7d39a35cd59	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	582.000.000	24-11-2021	14:55:37.838	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b41aae179897f056b09387f834fae2a	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	585.000.000	24-11-2021	14:55:31.947	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83243e4add6b8dd19ef45735d8575f0a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	588.000.000	24-11-2021	14:55:16.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6264050aaa2867a1fa2fdb639b0344f	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	590.000.000	24-11-2021	14:55:01.135	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7835de2b7c34e3f96868372fc98da22	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	600.000.000	24-11-2021	14:54:19.219	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa5da5a835b7074ede0ccd97ea5f8536	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	602.000.000	24-11-2021	09:19:29.451	Propuesta
		Código Verificador:	f575e8693dc4c522e22da884534beb43	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	604.000.000	24-11-2021	09:19:29.436	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	ab29feb141980336b58acd0376d7c737	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	650.000.000	24-11-2021	14:57:55.454	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	916b0a3b71ecbf893ee948efdcfea552	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	680.000.000	24-11-2021	14:56:30.566	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb46b4f45d2cadfb852fecca650db969	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	700.000.000	24-11-2021	14:56:12.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff6579674c8f48202e8193760bda32bd	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	736.000.000	24-11-2021	09:19:29.446	Propuesta
		Código Verificador:	193048fbdcfcaef9f2cd0f577d1ed76d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	842.989.000	24-11-2021	09:19:29.439	Propuesta
		Código Verificador:	b4b786b541256d0d6c5306df520d1ccd	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.000.000.000	24-11-2021	09:19:29.448	Propuesta
		Código Verificador:	6e3563b4696fe158b9364a7e0e32a03f	

24 - Lampara scialiticas de pie

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	97.000.000	24-11-2021	15:15:48.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8e7b84a5f374e00bb70268e8734146b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	99.000.000	24-11-2021	15:15:41.268	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83441643724e8432650a084fd5d61eba	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	99.500.000	24-11-2021	15:15:22.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d173699e125d9ea65db71fc2a10658a2	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	101.900.000	24-11-2021	15:15:18.146	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfd12974601743b0d53c29b615f04001	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	102.000.000	24-11-2021	15:14:40.097	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc48b946fe29e04b7abacc3de832e234	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	104.900.000	24-11-2021	15:14:32.918	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccd627755539c4c0123a7fce59ebd724	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	105.000.000	24-11-2021	15:13:21.887	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32b12c2397b93ccc8ad0b56098f59afb	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	110.000.000	24-11-2021	15:12:31.968	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2fd2ca4a38d39b133aaf743e43bc842	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	114.000.000	24-11-2021	15:13:58.084	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b8bbab8b4e7d78b0ff500cdd12cbe62	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	114.600.000	24-11-2021	15:13:47.522	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a8d73fbb0b462b580b112e8f9711248	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	114.800.000	24-11-2021	15:13:37.390	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	818906627b285b4d3135d23cca069b0b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	114.900.000	24-11-2021	15:12:32.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1792089142274c7d4af604f794b7742	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	114.999.000	24-11-2021	15:12:19.454	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb22e7224c33666fb8aceb5d5c40a1a2	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	115.000.000	24-11-2021	15:11:45.130	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0414fd8d33892f14f5168c227c934218	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	117.000.000	24-11-2021	15:10:32.736	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f71c4b237d542b9985330136b703d210	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	118.000.000	24-11-2021	15:08:51.715	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42f1a338e1364b867920cf485ad3a03a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	120.000.000	24-11-2021	09:19:29.819	Propuesta
		Código Verificador:	1f64057e5503feb8e6cae94cd9d11869	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	120.000.000	24-11-2021	09:19:29.853	Propuesta
		Código Verificador:	ac8e7d02bf217bdee1a00fb9d5b79d51	
ALBATROS SACI - 80002766-3	140.000.000	24-11-2021	15:09:09.481	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5685e72256faf428e2db4290151a43c	
ALBATROS SACI - 80002766-3	160.000.000	24-11-2021	09:19:29.851	Propuesta
		Código Verificador:	3ff94d236e53c28c0d67b18549fa3b60	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	180.000.000	24-11-2021	09:19:29.839	Propuesta
		Código Verificador:	7b5f2f1b5f95273acdf1ae205e4b527c	

Listado General de todas las Ofertas

26 - Monitor multiparametrico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOTEC SA - 80021897-3	669.500.000	25-11-2021	09:32:57.021	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f033d2ca8ed2eff77d4f90c127f569d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	670.900.000	25-11-2021	09:32:52.090	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	209336b4b83dd7b6ca3eae9cb6ba714f	
INFOTEC SA - 80021897-3	671.500.000	25-11-2021	09:32:46.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a74be0b06636502581e2e3f3b31be043	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	672.900.000	25-11-2021	09:32:41.452	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5964a95034125a71dd614b54c41a8007	
INFOTEC SA - 80021897-3	673.500.000	25-11-2021	09:32:34.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b23b47c4ede1ec50289ac71e4b5bc90	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	674.900.000	25-11-2021	09:32:30.188	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e32a7e22a9f3ca12cc02306b2df1519d	
INFOTEC SA - 80021897-3	676.500.000	25-11-2021	09:32:20.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6473e49bfc6c54587074452f05f130a4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	676.900.000	25-11-2021	09:32:17.903	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2fbadf17d73a24482fb2e5c611751bf	
INFOTEC SA - 80021897-3	678.500.000	25-11-2021	09:32:13.869	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80d53937eb2a87b76cc6e901c5349b55	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	679.900.000	25-11-2021	09:32:07.797	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96e5a32d70bcdc368a18dd9e572cf5b7	
INFOTEC SA - 80021897-3	680.500.000	25-11-2021	09:32:04.154	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3fa8a5eb55c17fdd80cac25db7d43a55	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	681.900.000	25-11-2021	09:31:57.244	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ef60eefa8fa4c69c07e29536da6b91c	
INFOTEC SA - 80021897-3	682.500.000	25-11-2021	09:31:54.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13bd1d83b0810a67f2213c8abdf9b5f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	683.900.000	25-11-2021	09:31:43.132	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0858d4c33d2205b6754cad27fb92f256	
INFOTEC SA - 80021897-3	684.500.000	25-11-2021	09:31:37.885	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	162646a44c4a989f85d3bbaa38a7d07b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	685.000.000	25-11-2021	09:31:12.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8dfcbc8fac8330cc0d77c126c0e77739	
INFOTEC SA - 80021897-3	689.500.000	25-11-2021	09:31:02.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73dd9b910564e8d8faba5480c71105fa	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	690.000.000	25-11-2021	09:30:53.056	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58114f909f34530f55d58a32fa626e9f	
INFOTEC SA - 80021897-3	695.500.000	25-11-2021	09:30:45.696	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db9c94d8954492de9a3cddb9b4c73bab	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	696.900.000	25-11-2021	09:30:11.471	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	856107c870a82b1357fe4ba64244a25d	
INFOTEC SA - 80021897-3	697.500.000	25-11-2021	09:29:48.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3be3cf488923b4f7224f7eb1650544b6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	698.000.000	25-11-2021	09:29:44.736	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	540797b32535929ee3807383ac020504	
INFOTEC SA - 80021897-3	700.500.000	25-11-2021	09:29:33.707	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f76f122ebf1e0b85c2c59f0c5c955af0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	701.000.000	25-11-2021	09:29:26.698	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f5fb3f58a953201afbd6de171f4c91c	
INFOTEC SA - 80021897-3	705.500.000	25-11-2021	09:29:20.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7fa5fa4b02ac9ff2760514f53fc2a455	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	708.000.000	25-11-2021	09:29:15.033	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4157550b6203cf19d1a35ed3278f36f8	
INFOTEC SA - 80021897-3	710.500.000	25-11-2021	09:29:07.006	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06dcf4316d1c391b135009e017191b05	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	715.000.000	25-11-2021	09:28:57.667	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	872aaa7eacdaada0d99aa0d14291f84b	
INFOTEC SA - 80021897-3	726.500.000	25-11-2021	09:28:50.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c552b24beb55462cff469fddea509d2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	728.900.000	25-11-2021	09:28:43.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67a96ad2c27d7cd65c0cf2c0de911f26	
INFOTEC SA - 80021897-3	743.500.000	25-11-2021	09:28:35.678	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73057414303a9015d68e614d03b6c314	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	745.900.000	25-11-2021	09:28:28.887	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fe8c7988e93c68266e26062a43dc613	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	760.000.000	25-11-2021	09:28:37.390	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdb28f1dfd2e6cf522996cedf88bdb96	
INFOTEC SA - 80021897-3	760.500.000	25-11-2021	09:28:22.951	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc21f3138599b06322f2aa8aee475b7f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	765.900.000	25-11-2021	09:28:16.898	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c5866aff9516cdd6dc547bc67f89ee0	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	773.000.000	25-11-2021	09:28:27.348	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f924adab0ef2d2bf31c8df74da8cf44	
INFOTEC SA - 80021897-3	775.500.000	25-11-2021	09:28:13.547	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6bec6cd9e25a718464553c0d215b5e4e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	778.500.000	25-11-2021	09:28:06.928	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72b9d9bea1269b5081724801d64567c6	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	798.000.000	25-11-2021	09:28:11.828	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0568e353271c5365fdd32016efb239ad	
INFOTEC SA - 80021897-3	798.500.000	25-11-2021	09:27:59.910	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba31619029c7ed0e49aeb9f8e233fbc8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	799.900.000	25-11-2021	09:27:51.780	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67b76bc493eb7c276a26397791c664b4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	800.000.000	25-11-2021	09:27:53.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eca070e3f4af9c6b052638f98f704c16	
INFOTEC SA - 80021897-3	809.500.000	25-11-2021	09:27:40.880	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d42e19f1ffdb2bd6717120be5a9a31bd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	811.500.000	25-11-2021	09:27:33.793	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb8ce1b0ea063645981d8c963e80926e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	826.000.000	25-11-2021	09:27:40.204	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c5fae7aa2ad6025fa31ea6fc321e25e	
INFOTEC SA - 80021897-3	826.500.000	25-11-2021	09:27:20.553	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8925c7a29e11f3a15d11a15e9761cadd	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	828.000.000	25-11-2021	09:27:31.236	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8151ae996e737c65765b81afb871d4cc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	828.900.000	25-11-2021	09:27:12.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1f45c2553cd4f07ec78c4087ef1a848	
INFOTEC SA - 80021897-3	837.500.000	25-11-2021	09:27:04.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c92889425c1b4a1323c00014910b7ea6	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	839.000.000	25-11-2021	09:27:14.523	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a50b821abdacc0995543dcb782518c1	
INFOTEC SA - 80021897-3	839.500.000	25-11-2021	09:26:55.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e9ece53c8e9222ba1e7f131325bfaf4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	842.000.000	25-11-2021	09:26:58.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4833345af4db614c3b16fc91c81552ea	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	845.500.000	25-11-2021	09:26:46.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e7610a9e0ee72d97496a23e5820ce33	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	848.400.000	25-11-2021	09:30:46.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d99d2aed058d1d84d61ea01a6a4a0ae5	
INFOTEC SA - 80021897-3	849.500.000	25-11-2021	09:26:50.986	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc864444f3b6de2c4a8d32cabcd83176	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	850.000.000	25-11-2021	09:29:11.829	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3866cebe6f9b9aaaf29b798767e912	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	856.800.000	25-11-2021	09:30:05.596	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	b1b0dd727f898d21069528db7db142ae
ARGON S.R.L. - 80004373-1	857.000.000	25-11-2021	09:27:54.609
		Código Verificador:	4567b13ae0bc245f539c077cef41c37c
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	857.748.318	25-11-2021	09:26:42.248
		Código Verificador:	70bcf2faaa27e9179989ee598ce1354d
INFOTEC SA - 80021897-3	864.500.000	25-11-2021	09:26:40.916
		Código Verificador:	c492b5a44e89e560a37aa26c9b6e7856
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	867.000.000	25-11-2021	09:26:45.201
		Código Verificador:	61cad93151f3b5b996e324457660aa9d
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	868.500.000	25-11-2021	09:26:28.998
		Código Verificador:	f9d021a4d5b018c6a5269b39e934cf83
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	874.000.000	25-11-2021	09:26:34.993
		Código Verificador:	1c6ed9690a4b6d93107cfb79f936593f
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	875.500.000	25-11-2021	09:26:16.524
		Código Verificador:	40ac7ba0e6ac8920374a73adc2164a9e
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	898.000.000	25-11-2021	09:26:04.173
		Código Verificador:	b4a548b2a76d904e8e4807bda3f4cdf4
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	899.500.000	25-11-2021	09:25:53.052
		Código Verificador:	97f0b56114899851bd9aba3bc434415a
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	920.000.000	25-11-2021	09:26:13.842
		Código Verificador:	d7a5f7621bbbd4a8fdba825dbda62d7
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	922.000.000	25-11-2021	09:24:22.161
		Código Verificador:	64b720dd90aa64e3a354beebe4281bfd
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	923.000.000	25-11-2021	09:20:49.487
		Código Verificador:	f5889cc3314220230a77268b3cacdd71
ARGON S.R.L. - 80004373-1	923.000.000	25-11-2021	09:27:12.909
		Código Verificador:	d0873f2e0809a209289cf563e2dc5600
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	924.000.000	24-11-2021	09:19:30.843
		Código Verificador:	b23792021dd8eec0b8d4ba95c2d67297
ALBATROS SACI - 80002766-3	934.567.200	25-11-2021	09:27:13.098
		Código Verificador:	3a937062e4bb1366349f2dbe5843bc66
ARGON S.R.L. - 80004373-1	986.000.000	25-11-2021	09:26:46.474
		Código Verificador:	1d7e44c1234b47bd77e7386069332fce
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	987.000.000	25-11-2021	09:25:42.151
		Código Verificador:	785471bda10df90f19e5877e49ffade
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	1.003.800.000	25-11-2021	09:25:04.604
		Código Verificador:	7feaf792ab583f0e6806165fe58201bb
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.038.408.000	25-11-2021	09:26:36.417
		Código Verificador:	32a3cdb3afb8c03a091b4e1325f1e69b
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.070.000.000	25-11-2021	09:26:09.500
		Código Verificador:	07fdb497de625fa0bf840c3dfa9d0dec
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.071.000.000	25-11-2021	09:25:14.946
		Código Verificador:	f245de83e576d47dc34273abf8d5541f
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	1.080.000.000	25-11-2021	09:24:39.842
		Código Verificador:	b63013be4a0da9f80d7d6ee8865b23c7
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	1.090.000.000	25-11-2021	09:24:23.330
		Código Verificador:	007658b702dc78ffb0e0468930218cd1
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.093.000.000	25-11-2021	09:25:53.255
		Código Verificador:	29ae96bb36578fb527b46957c5d3cdf2
INFOTEC SA - 80021897-3	1.093.113.000	24-11-2021	09:19:30.869
		Código Verificador:	6c8dc33d3b9649e8bc489a0add9cdf41
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	1.093.113.000	24-11-2021	09:19:30.898
		Código Verificador:	340c6da4b6d2f301561739a9aa3e2681
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.113.000.000	24-11-2021	09:19:30.889
		Código Verificador:	81d1f5732a959bb58cd542ce2835fb20
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.200.000.000	25-11-2021	09:18:13.900

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	289d9322829a34cf23dfd77f179f6187	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.250.000.000	25-11-2021	09:12:19.874	Etapa de Puja
		Código Verificador:	37c1e0282be1919a275720a5ec1525f1	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	1.250.000.000	25-11-2021	09:14:26.590	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4e902a5c8506d5058e8801dad1bb2c10	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.260.000.000	24-11-2021	09:19:30.872	Propuesta
		Código Verificador:	7f3f445f4156c7ae8c0cdebdfa6b5f3a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.260.000.000	24-11-2021	09:19:30.905	Propuesta
		Código Verificador:	2810606358af9329f6305581e6eb8844	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	1.295.700.000	24-11-2021	09:19:30.893	Propuesta
		Código Verificador:	b811671204affe8557041a16b809aa12	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.425.944.100	24-11-2021	09:19:30.851	Propuesta
		Código Verificador:	0de1c8d10ab60d5cd518000e23bbd98c	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	1.575.000.000	24-11-2021	09:19:30.862	Propuesta
		Código Verificador:	261ac7cc90645345ac07b77cff08dcef	

27 - Monitor multiparametrico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOTEC SA - 80021897-3	949.000.000	25-11-2021	09:48:25.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9353f6742f0d48f5a93f86bcefa75afb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	953.000.000	25-11-2021	09:48:25.624	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f5bef17509190a8ba4a66bebe31fed1	
INFOTEC SA - 80021897-3	959.000.000	25-11-2021	09:48:18.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3cd39a548763a74208cecc816c784001	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	959.000.000	25-11-2021	09:48:27.242	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4172626665906bbbe44faca9477dd4e3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	960.000.000	25-11-2021	09:48:14.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69e359e04305053fa412218e7ba74e3d	
INFOTEC SA - 80021897-3	967.000.000	25-11-2021	09:48:16.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d17f8767dc5898d8ebec8e3852fe653	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	970.000.000	25-11-2021	09:48:17.482	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4306ba985bea5bcfe72487a44a236a72	
INFOTEC SA - 80021897-3	974.000.000	25-11-2021	09:48:07.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d0d3df514ee35d788124907b60f3232	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	975.000.000	25-11-2021	09:48:03.090	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3101e91dc9199b0f2f0501c0158b9bb1	
INFOTEC SA - 80021897-3	986.000.000	25-11-2021	09:48:04.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d539a910b1918ed92d85280234ece543	
INFOTEC SA - 80021897-3	989.000.000	25-11-2021	09:47:58.233	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce025890cc0d542a8264d8e71f650527	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	989.000.000	25-11-2021	09:48:08.961	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01679f5ebac395876d59ced1a0a3a033	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	990.998.000	25-11-2021	09:47:52.944	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76b0fd4139963080908dc05f3a4a511b	
INFOTEC SA - 80021897-3	998.000.000	25-11-2021	09:47:46.721	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05945b632e7142c28f36ed2abea3055d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.000.000.000	25-11-2021	09:47:42.275	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7f34bc2d18d428a1af1ac2666c529ad	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.005.000.000	25-11-2021	09:47:37.058	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0912001df8910443d6b7021b8748f72e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.010.000.000	25-11-2021	09:47:29.205	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f830e0c4eefd0dc75d0a876c7238e0be	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.015.000.000	25-11-2021	09:47:34.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4a6f339e02b6912c2b6ffe125a3f8ac	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.018.000.000	25-11-2021	09:47:28.197	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2f4c5d4d16602d5cd02fe16d8c45d82	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.024.000.000	25-11-2021	09:47:18.693	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	a9a7574ab465d5e29693bc6a96fa4233
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.030.000.000	25-11-2021	09:47:26.655
		Código Verificador:	5bf1d3c96b9c9fbfa363c9058fa4a18e
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.039.000.000	25-11-2021	09:47:17.952
		Código Verificador:	b0db9afa39d08170553d0708c860b178
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.040.000.000	25-11-2021	09:47:17.360
		Código Verificador:	9abe5fa8ec39a6f5c3a7d0db3443eb33
INFOTEC SA - 80021897-3	1.044.000.000	25-11-2021	09:47:11.636
		Código Verificador:	0563861e5c2c0b1236192c6fcba2def
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.048.000.000	25-11-2021	09:47:09.179
		Código Verificador:	91768b5d097ab072074361558986b5c6
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.050.000.000	25-11-2021	09:47:08.724
		Código Verificador:	57eacc1a4ee5c606aa15ba38c8d3b424
INFOTEC SA - 80021897-3	1.054.000.000	25-11-2021	09:47:05.115
		Código Verificador:	bca53ab612d498f6cac5a7f22838be4d
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.055.000.000	25-11-2021	09:47:01.156
		Código Verificador:	76eef8e7f32eb28031cae86da318670
INFOTEC SA - 80021897-3	1.067.000.000	25-11-2021	09:46:58.902
		Código Verificador:	f5ee60566302b7c025794f5bbf90d63
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.068.000.000	25-11-2021	09:46:52.746
		Código Verificador:	d57e94b53acf003628b8550ae22e67cd
INFOTEC SA - 80021897-3	1.084.000.000	25-11-2021	09:46:50.244
		Código Verificador:	6ac90abf8590d28b174c7658c67fe3a3
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.085.000.000	25-11-2021	09:46:43.982
		Código Verificador:	c14135cee12120627f8cd850389fd08e
INFOTEC SA - 80021897-3	1.097.000.000	25-11-2021	09:46:43.182
		Código Verificador:	f6e0dc266deaa878cc639d63b5629a77
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.100.000.000	25-11-2021	09:46:37.872
		Código Verificador:	e662e8e29401ee7ce9505307ab93f23d
INFOTEC SA - 80021897-3	1.102.000.000	25-11-2021	09:46:39.117
		Código Verificador:	247c886d58f05e7df9c7a7d8aee329ae
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.103.000.000	25-11-2021	09:46:31.877
		Código Verificador:	58d15a13d897266cc8acbe05dfa6b00f
INFOTEC SA - 80021897-3	1.104.000.000	25-11-2021	09:46:18.576
		Código Verificador:	4c418c1c2da2da2c79f54841066badba
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.110.000.000	25-11-2021	09:46:15.035
		Código Verificador:	4067c83dcadf88a02ea41789d2b0165d
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.110.000.000	25-11-2021	09:46:25.384
		Código Verificador:	7e8982ab7c6cf3a85c1202a8916ced7a
INFOTEC SA - 80021897-3	1.114.000.000	25-11-2021	09:46:04.134
		Código Verificador:	58f66e468fab04f603da8f5ab4da8ad4
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.119.000.000	25-11-2021	09:46:07.393
		Código Verificador:	3b8ddf1cfe8d3755c5e8ae941dead108
INFOTEC SA - 80021897-3	1.124.000.000	25-11-2021	09:45:58.046
		Código Verificador:	6f89d0750206dac231d2bf33fcb3bca
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.124.000.000	25-11-2021	09:45:58.750
		Código Verificador:	62ee3d12fefc4084642a46029825bea7
INFOTEC SA - 80021897-3	1.129.000.000	25-11-2021	09:45:51.967
		Código Verificador:	452ef53864006bafea14582443ab6e47
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.130.000.000	25-11-2021	09:45:48.215
		Código Verificador:	671da85ac025bf151fc37ad361bf2f41
INFOTEC SA - 80021897-3	1.146.000.000	25-11-2021	09:45:48.303
		Código Verificador:	ea8e195d9322c8c7532e4a21b9c99333
INFOTEC SA - 80021897-3	1.149.000.000	25-11-2021	09:45:41.138
		Código Verificador:	65c594f116e2d17bb383e4f4ba1c398d
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.150.000.000	25-11-2021	09:45:28.861
		Código Verificador:	00c156958b340bee312e762888bb3761
INFOTEC SA - 80021897-3	1.174.000.000	25-11-2021	09:45:26.649

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	ee81df567ae7e45b32f97cc8bdea0122
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.175.900.000	25-11-2021	09:45:21.295
		Código Verificador:	f75bc0c72e169528ca9ee7826f43c261
INFOTEC SA - 80021897-3	1.184.000.000	25-11-2021	09:45:16.911
		Código Verificador:	6ced88672bfca7d531ce19c60d594270
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.187.000.000	25-11-2021	09:45:10.357
		Código Verificador:	05090c7e35bbdb9ad44e79bdcebec805
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.190.000.000	25-11-2021	09:45:19.328
		Código Verificador:	2775bd1aeeafd0a0f41cc066e451f89a9
INFOTEC SA - 80021897-3	1.196.000.000	25-11-2021	09:45:13.986
		Código Verificador:	c7710341956906ab61c164a522b6ee38
INFOTEC SA - 80021897-3	1.198.000.000	25-11-2021	09:45:08.058
		Código Verificador:	03a9640f26bc0e5b8c7d78b9075c3081
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.199.000.000	25-11-2021	09:44:59.856
		Código Verificador:	18929f40bb0091d206b3954a06ba125b
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.200.000.000	25-11-2021	09:45:07.989
		Código Verificador:	5bd82ab632f8d7413094ddd491db5cd6
INFOTEC SA - 80021897-3	1.205.000.000	25-11-2021	09:44:55.525
		Código Verificador:	9c4c774eb0fa3cf3f6238474e11c74eb
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.205.000.000	25-11-2021	09:44:58.450
		Código Verificador:	1b4c1958f245d499175ce237bfefb4e4
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.208.000.000	25-11-2021	09:44:51.021
		Código Verificador:	7d9f180cfac8782f578533d963ef0d66
INFOTEC SA - 80021897-3	1.210.000.000	25-11-2021	09:44:39.726
		Código Verificador:	ddffacd47ee85ef9197799689986b3a7
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.215.000.000	25-11-2021	09:44:41.461
		Código Verificador:	818d8281749b1f3c168412ac2834cded
INFOTEC SA - 80021897-3	1.218.000.000	25-11-2021	09:44:33.030
		Código Verificador:	b4389be7ee97017d740f45da94a5d0ae
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.218.900.000	25-11-2021	09:44:30.059
		Código Verificador:	b993d853aee28fd94381d186c70e3798
INFOTEC SA - 80021897-3	1.227.000.000	25-11-2021	09:44:23.356
		Código Verificador:	2d60ff5ef706559acabf7de8e5821daa
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.228.900.000	25-11-2021	09:44:18.281
		Código Verificador:	9b6b61583327c133ebcc187237ca1c39
INFOTEC SA - 80021897-3	1.233.000.000	25-11-2021	09:44:11.602
		Código Verificador:	2c109dbe27e3e17d53210749839fd8dc
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.234.800.000	25-11-2021	09:44:48.240
		Código Verificador:	8cfeae2c41f3d34075df3b15c9b3cda9
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.235.500.000	25-11-2021	09:44:06.902
		Código Verificador:	1235e189f61f0bdc3d6b0225a75e31e5
INFOTEC SA - 80021897-3	1.245.000.000	25-11-2021	09:44:00.480
		Código Verificador:	33ccd1cc91a016b024c9d8fd47e93de1
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.248.900.000	25-11-2021	09:43:54.974
		Código Verificador:	c2b93b6ae867ccdb2e81bbad79db4f7
INFOTEC SA - 80021897-3	1.265.000.000	25-11-2021	09:43:47.241
		Código Verificador:	41157111e830cb61bf5ba825edea25da
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.268.900.000	25-11-2021	09:43:42.996
		Código Verificador:	7f5e96951906322bd298cfceabbbb1f
INFOTEC SA - 80021897-3	1.274.000.000	25-11-2021	09:43:39.497
		Código Verificador:	91ed87765ee1fbd705cf52f56f7d51d
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.275.900.000	25-11-2021	09:43:32.655
		Código Verificador:	710a8942d52023f7a9b800ce6a53fdf5
INFOTEC SA - 80021897-3	1.285.000.000	25-11-2021	09:43:28.282
		Código Verificador:	f7b3ff0a687f2289446d34d224ca909b
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.290.000.000	25-11-2021	09:43:17.067
		Código Verificador:	3e7f4fd38064ccc8daea25689d878ff7
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.295.000.000	25-11-2021	09:44:18.182

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	8455d8706f866c962989e3f3fba91904	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.298.220.000	25-11-2021	09:43:50.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9a9eceb3bfe4f5d33a8ce13b08cbcdcb	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.315.000.000	25-11-2021	09:43:49.970	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29d01d7403df8661210d6725199f49df	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.316.000.000	25-11-2021	09:43:33.056	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b29d7d94e0dd03f9d0b999d70a4e090	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.317.000.000	25-11-2021	09:43:18.797	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea1b7ad3ffe7438dbfc19f490f316613	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.318.000.000	25-11-2021	09:43:44.347	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89a7bf7d8070052e265d4b83d4e3321b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.319.000.000	25-11-2021	09:43:14.620	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64487d73f76128dc1827b30d20bde5fc	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.319.500.000	25-11-2021	09:43:13.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8eea62dbf28c03608e1d446e9ee34b4e	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.320.000.000	25-11-2021	09:42:31.157	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59b4096063e7c8d275accf052154eae1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.330.000.000	24-11-2021	09:19:31.400	Propuesta
		Código Verificador:	709fb55e18add149effc85559991dddf	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.480.000.000	25-11-2021	09:42:47.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b6fd6ac35b318b718e56eff77e17a86	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.505.000.000	25-11-2021	09:42:26.352	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99b4869c0ee2aa41941f3ace1481bbc	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.505.000.000	25-11-2021	09:42:31.591	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a866d359de4468ab518a8e555d5adfl	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.511.000.000	25-11-2021	09:41:11.430	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94779d6cd08a4d6b9668bdd3232da653	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.512.000.000	24-11-2021	09:19:31.421	Propuesta
		Código Verificador:	087c74ace1bc558eb7529be990681ca1	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.526.000.000	24-11-2021	09:19:31.399	Propuesta
		Código Verificador:	298d33c6b932178b4153739734e6b4bf	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.540.000.000	24-11-2021	09:19:31.419	Propuesta
		Código Verificador:	874063277a5d99b295b0e2751bd48da1	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.826.891.430	24-11-2021	09:19:31.402	Propuesta
		Código Verificador:	53a9e07fd25eeeb67846e95b5fd4a23a	

28 - Negatoscopio

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.518.000	25-11-2021	09:57:13.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e38ced7d31d762727075681b89bb6412	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	24.000.000	24-11-2021	09:19:31.489	Propuesta
		Código Verificador:	be1735e92c96ae504e48cdc237a95f17	

29 - Porta suero

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	24.500.000	25-11-2021	10:18:55.973	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	630329f40b9b0f078f94d8c22b76fc0a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	24.800.000	25-11-2021	10:16:51.662	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	955f67fb28b1ca11e9717710e2475829	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	24.890.000	25-11-2021	10:09:52.868	Etapa de Puja
		Código Verificador:	13d4940639ba0456417f7b3f2b37a0a4	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	25.000.000	24-11-2021	09:19:32.000	Propuesta
		Código Verificador:	5fd969d7ddd7501cfc9cc3d239b8c043	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	30.000.000	25-11-2021	10:18:14.509	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5ebbb7d7114d32cc4c272ac170552b3	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	31.500.000	24-11-2021	09:19:32.009	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	397be4858b307be5836859d14bba1650	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	40.000.000	25-11-2021	10:10:26.023	Etapa de Puja
		Código Verificador:	6ac3bfe49c3ed8f22015314d8fbbe7b8	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	50.000.000	24-11-2021	09:19:32.012	Propuesta
		Código Verificador:	300026512d775423af77310b439ca2d9	

30 - Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	21.999.900	25-11-2021	10:43:33.781	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e089e1385071c3325893b37e687f6776	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	22.000.000	25-11-2021	10:32:08.081	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fe0e500f747cc705e827f70cb93c3cf0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	22.500.000	24-11-2021	09:19:32.189	Propuesta
		Código Verificador:	f5f97375a1fc4b3abda3920eb3eb665d	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	23.500.000	25-11-2021	10:34:30.821	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fd2d6378a139e9277bb4f575187e7f0d	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	23.600.000	25-11-2021	10:34:24.198	Etapa de Puja
		Código Verificador:	49871ef3b7c31913e0b9f6b3faaf53d5	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	23.700.000	24-11-2021	09:19:32.139	Propuesta
		Código Verificador:	1acd55415157452cb052a400532071e7	

31 - Resucitador Neonatal c/ Camara y mascara

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	18.240.000	25-11-2021	10:58:27.793	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2692b6c544f7130fc85594744a34f232	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	18.299.000	25-11-2021	10:58:25.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60c6602df0adc95d0bc7e088b0011e8e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	18.399.000	25-11-2021	10:58:18.511	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3bdc9e0128ac4cd6a38b0777ab613717	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	18.599.000	25-11-2021	10:58:11.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1eb3b213b049b5079a53ece2c185b524	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	18.740.000	25-11-2021	10:58:18.052	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40cee2372793d248caaa051c1500b60e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	18.799.000	25-11-2021	10:58:05.496	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d22c308ef11ccd346af4f3cbdc83cd	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	18.800.000	25-11-2021	10:58:09.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08f63d8687e52e1f0494fb32d0a181e8	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	18.850.000	25-11-2021	10:57:59.066	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	994eccdb7a69179788b3e473db438675	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	18.899.000	25-11-2021	10:57:58.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4be16ba8348381e7915739e510cd708	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	18.999.000	25-11-2021	10:57:49.449	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfd14ed9e0de7faff3500c26b39f8541	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	19.150.000	25-11-2021	10:57:50.221	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ddd9751416b9388d7603b5896037cf2	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	19.200.000	25-11-2021	10:57:42.172	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72e51e61f8cfb6225faff04c46c50126	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	19.250.000	25-11-2021	10:57:35.416	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a84b0cb81507569ef7c95b179bd9695e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	19.259.000	25-11-2021	10:57:40.907	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59664f2dd36709cd849a532f778c79e2	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	19.260.000	25-11-2021	10:57:28.729	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	945a79c222da4161ded2fe3bdf2e31cf	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	19.359.000	25-11-2021	10:57:30.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9371fd3cee384e4e8e3a5b6bd77b10c6	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	19.360.000	25-11-2021	10:57:20.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	385ff791207fc9fc3aa831e1639e93fa	

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	19.389.000	25-11-2021	10:57:23.840	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81466e1fd2538fbf307978aea4bce348	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	19.399.000	25-11-2021	10:57:15.657	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11cbf390ba46c534c3c3f636c9590ed3	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	19.460.000	25-11-2021	10:57:15.528	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af856f35927abebb8069838597122be7	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	19.469.000	25-11-2021	10:57:07.880	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a03e29c1ae88cf5d08c183da6847318	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	19.470.000	25-11-2021	10:56:59.672	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e60798e191a7ddd1f1c7f573d5f22ba	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	19.499.000	25-11-2021	10:56:54.249	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19060129a58b915d422e0982632cc3e7	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	19.680.000	25-11-2021	10:56:49.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25f978239ec62bd7519175be4c361f03	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	19.699.000	25-11-2021	10:56:44.255	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	878dc3ce1bc676689117002c85bb989a	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	19.880.000	25-11-2021	10:56:33.312	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e531dfdba7abf9dfa739241e5d307fd	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	19.899.000	25-11-2021	10:56:26.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54d145ee11c90a9d3a6fc2267c96129b	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	19.900.000	25-11-2021	10:56:20.154	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	134eb76ad64dd5f4bebeb7e415a864e5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	19.999.000	25-11-2021	10:56:07.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10bf64403d66da1578522f9af8d288e	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	20.500.000	25-11-2021	10:55:55.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38d6de6390684ffcf1c16a2c867ef29f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	20.799.000	25-11-2021	10:55:58.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f24373aec85a56a3590baca69dbfcb4	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	20.800.000	25-11-2021	10:55:47.977	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	471ba81eef8d55a6671b626e5ceb14cd	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	20.899.000	25-11-2021	10:55:52.857	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b47d449b0a1da2127bf178ab887c7dd5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	20.949.000	25-11-2021	10:55:44.405	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa763670f38c6adf93849105548af6bb	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	20.999.000	25-11-2021	10:55:34.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28615a2f5cbd11f9f64eb0dd25360949	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	21.398.000	25-11-2021	10:55:31.331	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31f7fdb0124e3b78b691654a872ae5be	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.399.000	25-11-2021	10:55:25.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a3966c339f792b68a009831779c2281	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	21.500.000	25-11-2021	10:55:23.550	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5dc1812b5b3930f90160a660ac0150da	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.599.000	25-11-2021	10:55:18.910	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ee92795cd95a254d1dbc43a5c6a694e	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	21.600.000	25-11-2021	10:55:11.366	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	697134bb3a173835848c7c835448069f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.647.000	25-11-2021	10:55:09.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7cd9559b1e8ffde0b6a544249282c5ba	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.699.000	25-11-2021	10:55:01.707	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf7b83ecf2c7ec7e4e1db4f4d3478dd0	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	21.748.000	25-11-2021	10:54:59.522	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ad4ba05b2e556fc0e278517f7fd2d57	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.759.000	25-11-2021	10:54:54.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	357d108895796ecfcc4e4253d4e4d7ff	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	21.798.000	25-11-2021	10:54:55.099	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9e9e5939603e958c76fdd7d2540efc4	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.799.000	25-11-2021	10:54:45.169	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c394e96f57f735e2d9fb084cd282f78	

Listado General de todas las Ofertas

EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	21.839.000	25-11-2021	10:54:32.649	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7afb20dbd87dcfa9a587898bcf1f4823	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.848.000	25-11-2021	10:54:26.343	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48d96d3e4cc5c5a36c9c95548e673db3	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	21.889.000	25-11-2021	10:54:27.121	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	862d608746cc2bec5ff9afae9a69c7cb	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.899.000	25-11-2021	10:54:15.966	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e23345c011c5c2b753bf3dc81f702f09	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.940.000	25-11-2021	10:54:02.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a6103c2b194b17f021bbabaf2305446	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	21.949.000	25-11-2021	10:54:06.288	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a38e8c04a7edb9c2c79f9a0994d99082	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.950.000	25-11-2021	10:53:53.535	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1d6dfec6b93da894c53b417ef257dc3	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	21.989.000	25-11-2021	10:53:42.137	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d03f1b63f66e11534fe8e039fd11720b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.990.000	25-11-2021	10:53:20.085	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	805ed4cec50c85e08c55a14d2e21b595	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.999.000	25-11-2021	10:52:44.547	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6f54b6360125c37f17a2acaf49f938	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	22.000.000	25-11-2021	10:51:55.721	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b13411ff63ac3d5562dddf28d5d7ccb	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	22.500.000	24-11-2021	09:19:32.471	Propuesta
		Código Verificador:	165b1f9ebbe3df876e7dbf22c9d7bb64	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	26.250.000	24-11-2021	09:19:32.469	Propuesta
		Código Verificador:	a5e5a9b7bf31f68ccda71689632630bf	

32 - Resucitador Pediátrico c/ Camara y mascara

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.997.000	25-11-2021	11:10:58.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8af6a97a8ea19ed7b7482843efe86f75	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	21.998.000	25-11-2021	11:10:10.095	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c773920494358facd9c6366333ee21dd	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.999.000	25-11-2021	11:09:03.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58a82f77b0750f72f18ba9c683a26434	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	22.500.000	24-11-2021	09:19:32.626	Propuesta
		Código Verificador:	7eaa39ffce45b341b04703c26f93667a	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	26.250.000	24-11-2021	09:19:32.624	Propuesta
		Código Verificador:	4a63f281447ac3b2eb3f8e200bc4cfc	

33 - Servocuna

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	301.400.000	25-11-2021	11:30:25.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b672a55e5caa441426cc9bcb23c217d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	301.500.000	25-11-2021	11:30:14.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b478af227a4130d96cdde08994dd4c1b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	303.800.000	25-11-2021	11:30:14.167	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d922a2fcd356de73e5ff99c3d3599e1d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	303.900.000	25-11-2021	11:30:00.320	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98128d027ba51a72225231d64a144b7e	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	305.800.000	25-11-2021	11:29:55.789	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdb8593449feb051b0e4924bf8e9cb47	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	305.900.000	25-11-2021	11:29:47.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c350813b4ddd462566138e66e80ecbd5	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	309.800.000	25-11-2021	11:29:40.739	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	caf9c6ead1a3ac14da6eea4fa8f4d29a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	309.900.000	25-11-2021	11:29:09.955	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9195502e8822c0d0b4e6dfc621d23af8	

Listado General de todas las Ofertas

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	314.600.000	25-11-2021	11:29:05.439	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec7c3ce621d9cb8c0e98aa7bdab3ab08	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	314.800.000	25-11-2021	11:27:46.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3944cb9b9b090cf3a4e616f934e50d1	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	320.600.000	25-11-2021	11:27:40.974	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f66933dd3169e54807c97709c9389b2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	320.800.000	25-11-2021	11:25:24.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40051d89dfb56a4dfecb5ebdfaea85be	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	334.000.000	25-11-2021	11:25:06.566	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c632ca93d24023a7ba4d271b2960c2cc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	335.900.000	25-11-2021	11:24:01.243	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fed359bb2a249353e287c6f1d378aa35	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	359.999.999	25-11-2021	11:17:20.123	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2b73b8d502aa3622dee42ea06b571f43	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	360.000.000	24-11-2021	09:19:33.188	Propuesta
		Código Verificador:	b66879308a0425a335ad4d41f06ceaae	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	390.000.000	25-11-2021	11:26:06.990	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73e07e21dc10318cf81f33b2b92f655a	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	394.000.000	25-11-2021	11:25:06.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b294598717cecb2a35d98b49517dea5f	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	438.000.000	24-11-2021	09:19:33.205	Propuesta
		Código Verificador:	8dc4ba5f3c89cb7b96d02e2f15237722	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	465.140.000	24-11-2021	09:19:33.193	Propuesta
		Código Verificador:	7cbfa308f340c446dc3ba10f1e86149c	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	520.000.000	24-11-2021	09:19:33.228	Propuesta
		Código Verificador:	d2de1e074fe087d9b13e2859a45479e6	

34 - Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	60.000.000	24-11-2021	09:19:33.377	Propuesta
		Código Verificador:	ef671da81e72c6382ae45d8eac09a749	

35 - Set de instrumentales para endourología pediátrica

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	236.590.000	24-11-2021	09:19:33.582	Propuesta
		Código Verificador:	021e9b91d4c054e9af07c1605078ca2b	

36 - Set para cirugía laparoscopica

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	222.780.000	24-11-2021	09:19:33.822	Propuesta
		Código Verificador:	781e307c3b99c484f90ac757ad3548cf	

37 - Sistema Regulador de oxigeno para balon

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.600.000	24-11-2021	09:19:34.170	Propuesta
		Código Verificador:	b97811f571b1dc2f31e226342dbf3ef5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.000.000	24-11-2021	09:19:34.172	Propuesta
		Código Verificador:	75c112778a2ad1ea4cd99f095a41393f	

38 - Tubo de Oxigeno

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.333.500	25-11-2021	12:41:52.820	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	108e3ac60366316b0a6f0d6a0a835cac	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.400.000	24-11-2021	09:19:34.328	Propuesta
		Código Verificador:	f49c027b974892fee96ac7e078be5947	

Listado General de todas las Ofertas

39 - Ventilador pulmonar de alta complejidad				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	413.000.000	25-11-2021	12:57:20.063	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df0311b9ff11128eacb3ea2ccd45fedf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	417.800.000	25-11-2021	12:57:06.534	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5721e803f1b81586cd7c7a45c9bf0871	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	420.000.000	25-11-2021	12:57:00.339	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5564c6abeb01494587c617752e81a41	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	423.500.000	25-11-2021	12:56:48.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31c128c4e6289ce48544b376ad5f80cb	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	425.000.000	25-11-2021	12:56:51.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8e321bd3d34b8d7a651e7b79524229f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	429.000.000	25-11-2021	12:56:24.005	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58fd9f8509cdb3ee5d4f5c7a35dc6320	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	435.000.000	25-11-2021	12:56:06.363	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dff85389cf3410c8319e4323bb62b63d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	439.000.000	25-11-2021	12:56:11.908	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc4547205f08b6e54b94548e1870825a	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	444.000.000	25-11-2021	12:56:00.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf08ebaec679af638c212f228ccd972a	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	445.000.000	25-11-2021	12:55:48.809	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d11f8048b4f115714492231b4cbebd1	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	448.000.000	25-11-2021	12:55:30.008	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b890cf0fc066350227738dec2174250	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	450.000.000	25-11-2021	12:55:19.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2122ebd9583da2d765932aa5ce3e62cc	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	455.000.000	25-11-2021	12:55:19.078	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa2a58a717918051fe950711d05d71ea	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	459.500.000	25-11-2021	12:54:58.418	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6a57058a11fa69dc09c3be7ca1ac32d	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	465.000.000	25-11-2021	12:54:49.016	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f081b13a55d72e6ca62095905181333	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	465.000.000	25-11-2021	12:54:56.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fbf9d5919657528f2f397b89b857de22	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	468.900.000	25-11-2021	12:54:33.323	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a10b548a9088e1119d3108c32712c3d5	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	480.000.000	25-11-2021	12:54:19.977	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	233e63f67867a50df7aefced16dd9d50	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	485.000.000	25-11-2021	12:53:57.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea5efab598421ca125807199bd1f1817	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	530.000.000	25-11-2021	12:54:16.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3cc6f3c0d5c29831e3728adbffd7bb0	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	532.000.000	24-11-2021	09:19:34.844	Propuesta
		Código Verificador:	0ce28d01f5c13fdc5634b9bc42a19986	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	533.000.000	25-11-2021	12:53:50.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be0d247996c19ce7c3f112a7c9ad655b	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	542.000.000	24-11-2021	09:19:34.843	Propuesta
		Código Verificador:	677fece44ad2586f06111f97f82a32ec	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	664.200.000	24-11-2021	09:19:34.839	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	0fd49dbd3895ad374f0eced093b9ef70
---------------------	----------------------------------

40 - Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	723.900.000	25-11-2021	13:11:51.426	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e45bcc5e110a3038546e50d83816723	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	728.500.000	25-11-2021	13:11:14.382	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	543753c37b4a51d0368d729d7be18d89	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	734.000.000	25-11-2021	13:11:08.275	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9389034dadd81d565d5f4e71ab26b613	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	735.500.000	25-11-2021	13:10:38.780	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37b460a1d1a07dbdc2703b3a40d2f3a	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	740.000.000	25-11-2021	13:10:38.312	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc7d6e32f1d72b88a158f7af2bf753fd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	748.500.000	25-11-2021	13:10:30.386	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51183e5b35afe48705e896bd4427defc	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	750.000.000	25-11-2021	13:10:26.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b9c0ad33be1c84cb93c936dc152042f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	759.500.000	25-11-2021	13:10:15.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ae1a2938645c3fe018c98b18a503930	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	765.000.000	25-11-2021	13:10:16.530	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fd6eb1599a64f64a4c35fcb3521536	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	768.500.000	25-11-2021	13:10:04.362	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2122d4cc53f4e75941e3fbc24499483	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	775.000.000	25-11-2021	13:09:53.872	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	140392e4d13c882da4d7261e03481bd7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	783.500.000	25-11-2021	13:09:56.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc9541e0fd1cf1143d78816a26032671	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	788.500.000	25-11-2021	13:09:34.170	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9deb8502d5143f309ed3cf74935fe330	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	795.000.000	25-11-2021	13:09:43.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e1dc3e95e473858f511725ba43dcb3	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	800.000.000	25-11-2021	13:09:22.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8b39c6bc02c160b787fad0008b61037	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	807.500.000	25-11-2021	13:09:26.792	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a2e30282fc0c7dd65238f417a47bb7f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	809.500.000	25-11-2021	13:09:18.440	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86dd7b4d46dbb0c9a8efcbc256c57ee1	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	815.000.000	25-11-2021	13:08:38.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c61219bf6dfabe27782d0be05f806e87	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	818.500.000	25-11-2021	13:08:25.895	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb17718a76c4e96d74ef5285b7a792c5	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	820.000.000	25-11-2021	13:08:17.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02305383fe07c8261e1280a18d02fd40	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	823.500.000	25-11-2021	13:08:21.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10905b1ebc924963e41b2e31ec30f2db	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	825.000.000	25-11-2021	13:08:10.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf8d3bf8875351e1afe44c1e4ea90157	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	827.500.000	25-11-2021	13:08:13.601	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	1c46e20ae0aff01a8576e5756b2dbbe1
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	828.000.000	25-11-2021	13:08:06.671
		Código Verificador:	2b6ef1e5443321775933e121a836c3b1
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	829.500.000	25-11-2021	13:08:07.040
		Código Verificador:	6ea73b12440ae945ce6b5dbf46a03b62
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	830.000.000	25-11-2021	13:07:58.736
		Código Verificador:	31d32ad5653d9b35ac7f941878b09ff9
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	831.000.000	25-11-2021	13:08:02.125
		Código Verificador:	adfe6ab4bc33eef774d434ab55655cc1
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	833.000.000	25-11-2021	13:07:56.629
		Código Verificador:	0dff173e86becf5fdc4c10323e6bff17
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	834.000.000	25-11-2021	13:07:51.464
		Código Verificador:	d3e90f0f7c8003cc41306aa077fa3ade
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	834.000.000	25-11-2021	13:07:53.204
		Código Verificador:	f918754b0ffc977f68b713c7b2d7939f
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	835.000.000	25-11-2021	13:07:44.273
		Código Verificador:	02667a4ad41428171340e0c3cd16bc31
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	835.000.000	25-11-2021	13:07:48.440
		Código Verificador:	9aed13bbfc860eca0a67e70f5ddb9ef6
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	839.000.000	25-11-2021	13:07:34.801
		Código Verificador:	d3472372bb125a4f084369b32e71c11e
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	839.000.000	25-11-2021	13:07:36.935
		Código Verificador:	81458fc6f615bf9d84dfb59714a73d8c
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	840.000.000	25-11-2021	13:07:27.992
		Código Verificador:	85eae2647a13598dfe40d3b1615107f1
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	847.000.000	25-11-2021	13:07:29.639
		Código Verificador:	9634a527b714043031109e960f84dbba
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	848.000.000	25-11-2021	13:07:19.367
		Código Verificador:	e19369d359b0b27e2517c7f4642bf7cb
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	849.000.000	25-11-2021	13:07:22.178
		Código Verificador:	2e071d3e18e4ed910bba715801a6bc86
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	850.000.000	25-11-2021	13:07:07.042
		Código Verificador:	774537f1c7222ee3602eab9c76dcc92a
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	880.000.000	25-11-2021	13:07:12.557
		Código Verificador:	9677a010adbf9e79664b018aaccf486e1
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	882.087.000	25-11-2021	13:06:55.782
		Código Verificador:	cf031e6a0d2ac91edb4e9364247ef902
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	882.088.000	24-11-2021	09:19:35.281
		Código Verificador:	eab556449590fd7e236645bc9df9ee4c
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	938.000.000	24-11-2021	09:19:35.279
		Código Verificador:	66772d9e7e24902bab4fab595640cc6c
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.102.610.348	24-11-2021	09:19:35.276
		Código Verificador:	deb1345586cd6cd2b9827d0a1f633794

41 - Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.910.000.000	25-11-2021	13:28:34.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77069b7bd7b5d3c382e245f7d1cf505e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.928.000.000	25-11-2021	13:28:08.491	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ae187f45e56f6baddc77b9aa91bd43	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.940.000.000	25-11-2021	13:27:58.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e3244edf39cc50d912e8e2b4bd9c656	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.958.000.000	25-11-2021	13:27:52.482	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	c41489e7f245b80159e65631cfb630e9
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.960.000.000	25-11-2021	13:27:44.104
		Código Verificador:	2504b70a2833440fda9fc94c4014fbca
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.970.000.000	25-11-2021	13:27:37.635
		Código Verificador:	b585f06b1cef6d335c224e23e366f016
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.990.000.000	25-11-2021	13:27:30.925
		Código Verificador:	8636ccf9e0f80dc6534bc62f5f237a05
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.000.000.000	25-11-2021	13:27:15.156
		Código Verificador:	0ffedf1360a754c4c62ae8498767816d
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.015.000.000	25-11-2021	13:26:58.438
		Código Verificador:	8ebbbb1e78227c8171fb88597ba085a
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.023.000.000	25-11-2021	13:26:50.152
		Código Verificador:	f3686395d8e60e9ad16c7e81b747be
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.030.000.000	25-11-2021	13:26:42.588
		Código Verificador:	fa5af85852c0a86261a08c39bf469f60
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.035.000.000	25-11-2021	13:26:33.715
		Código Verificador:	2dcede42a199141a1b3b19a776ab9123
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.045.000.000	25-11-2021	13:26:26.371
		Código Verificador:	1e3e36f25392bf5ae8686651903ba960
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.050.000.000	25-11-2021	13:26:16.330
		Código Verificador:	0e0fafed8778c5eedef122eb6ba07d40
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.090.000.000	25-11-2021	13:27:45.392
		Código Verificador:	cdddf6ffadf19c023957b8cd840bbc5
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.100.000.000	25-11-2021	13:26:06.208
		Código Verificador:	f6cf307c22ab7670ae7cf2ec8a60b3f3
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.100.000.000	25-11-2021	13:27:26.236
		Código Verificador:	928c72d1829d7a694610c38f8dd148bd
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.120.000.000	25-11-2021	13:27:00.813
		Código Verificador:	f9be150d0815bca2dc61ff85e09d36f
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.140.000.000	25-11-2021	13:26:39.075
		Código Verificador:	702fdbce3da87adf35410374a179b45f1
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.150.900.000	25-11-2021	13:25:47.437
		Código Verificador:	66038ac0e3649c9d0545f3e6099d30da
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.160.000.000	25-11-2021	13:26:21.713
		Código Verificador:	6a453e647f3a5bae056008da45031a2d
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.190.000.000	25-11-2021	13:26:00.142
		Código Verificador:	af0e1fe675c86ddfa89d5ec29c3a805b
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.190.900.000	25-11-2021	13:25:15.787
		Código Verificador:	56917ad0f1af499071c8164389d02c88
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.210.900.000	25-11-2021	13:25:03.457
		Código Verificador:	08d0fcc2f0b95586d398c434b4c863d8
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.225.000.000	25-11-2021	13:25:24.109
		Código Verificador:	16f5022095643f40049a83b5c2dc3307
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.268.900.000	25-11-2021	13:24:49.902
		Código Verificador:	32cdf350b3192ad49a86ac19f3e88e7
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.275.000.000	25-11-2021	13:25:09.990
		Código Verificador:	40f9fc6c072e94a0ee18164789dc23f6
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.285.000.000	25-11-2021	13:24:55.835
		Código Verificador:	fa4e77435b8f9327a8650694eed192fb
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.285.900.000	25-11-2021	13:24:22.438
		Código Verificador:	b6efb8c9116772c895f004b7518bc727
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.290.000.000	25-11-2021	13:24:36.411
		Código Verificador:	7b6c329333c1d80f96109ecd8144a4fe
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.300.000.000	25-11-2021	13:24:23.788
		Código Verificador:	ae99ba8e2035bde11c25e0b7cb2d32e
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.300.900.000	25-11-2021	13:24:11.077
		Código Verificador:	20b5fc97eadb37d3325025fe5be7e02a
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.348.900.000	25-11-2021	13:23:59.781

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	2cf3e536cc81698e74cf4f702f95a325	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.350.000.000	25-11-2021	13:24:11.981	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67746074b194c33f8190a17759367f24	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.360.000.000	25-11-2021	13:23:59.662	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a0d8e37b4c07b689ec8cb5ddb2a9a03	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.368.000.000	25-11-2021	13:24:05.895	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4c2cd78a2f0cfda99b46e91b09c4b2d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.368.900.000	25-11-2021	13:23:50.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78583c46d3afbc21795019a56d009d18	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.374.000.000	25-11-2021	13:23:48.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7be8f4db2593b82bc5530bbf4e5af52e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.375.900.000	25-11-2021	13:23:38.720	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2709ecfcb9b6e273c05ac3906d8fe1df	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.380.000.000	25-11-2021	13:23:52.448	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87788173e2f271c220d7df6c16333c8b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.385.900.000	25-11-2021	13:23:27.041	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52cec678335131e0c89ed5d7ab2afd80	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.390.000.000	25-11-2021	13:23:38.802	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7df384c3635b7fb59e9399f098d1c4bf	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.398.000.000	25-11-2021	13:23:40.331	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	834fc14660f55122f37e6e42b7608a5a	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.399.000.000	25-11-2021	13:23:17.561	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a0b07701a7de67996f854eb950d1bac	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.399.900.000	25-11-2021	13:23:17.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df26317a1b644109845d27b0e4f19801	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.408.000.000	25-11-2021	13:23:07.860	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5959bb49e4d70be6c3a0fdc1e8abde93	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.408.900.000	25-11-2021	13:23:02.068	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17c77ef9acd0cbc97fa7e0edbc86c52	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.410.000.000	25-11-2021	13:22:55.115	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5394ca65fbdf4aa3fea45e8a2143b6b9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.413.900.000	25-11-2021	13:22:55.463	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca3fa7a409cb5a301927429921786b7f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.417.900.000	25-11-2021	13:22:50.161	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60229d460d20669686ca12f00b707df2	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.419.400.000	25-11-2021	13:22:45.325	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d10a7f5ae1c9d05229c1a187582aa75	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.420.000.000	25-11-2021	13:22:39.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	875bf3da223b63d9e0050b45a3695567	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.432.900.000	25-11-2021	13:22:43.571	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6058ee143c0d73cf596ad7f3ba663e5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.438.900.000	25-11-2021	13:22:35.104	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2dd6901d0431eca6764a52cfc733e997	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.440.400.000	25-11-2021	13:22:28.229	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff521771721596cf588686042db33a82	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.441.900.000	25-11-2021	13:22:23.396	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfd8a7223bfd018ed62fb5c0abfb609d	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.446.400.000	25-11-2021	13:22:23.394	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8165b17559057e7ef16bf1475e40be4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.447.900.000	25-11-2021	13:22:13.115	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74bc25e3460ab893eb655e986f850b92	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.450.000.000	25-11-2021	13:22:13.325	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c11e7dab0d784e5b1e4e18ab260eb25a	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.452.400.000	25-11-2021	13:22:14.883	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70a80dc49104dce000d6ccfcd7e3dcf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.453.900.000	25-11-2021	13:22:05.111	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d6dbc359308f97860805c9c1f9848cd	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.456.500.000	25-11-2021	13:21:56.820	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	bb996a1fbc1f71ca1153c268e938eb54	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.467.900.000	25-11-2021	13:21:42.241	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edff765ea2b08e42823d88e133541346	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.470.000.000	25-11-2021	13:22:01.605	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2087ec29f0d288535f8d6b1d110cd40	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.480.000.000	25-11-2021	13:21:41.244	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0101527bd0080f9987ac7ce32b7fbbe1	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.480.500.000	25-11-2021	13:21:28.218	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fd356a1b37545fa0e66a373b19058bd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.481.000.000	25-11-2021	13:21:17.313	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0fbc12c7aef6b64d36bd1be210dd9a41	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.489.500.000	25-11-2021	13:21:21.737	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a3c06dbff472b8d3eb8bf678d58ec6f	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.490.000.000	25-11-2021	13:21:09.490	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12bd5a5ee6474e5d602845bbbe1fc19b	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.495.800.000	25-11-2021	13:21:04.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec645005ae9668a2b9586b0a50319f20	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.499.000.000	25-11-2021	13:21:08.715	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e62f0a04bec815a9c0a1c95691cb0d23	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	2.500.000.000	25-11-2021	13:20:52.653	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	644567d17da89ae1334a1586ae6726ce	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.590.000.000	25-11-2021	13:20:31.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49e0fbdad1bc169072a4d428a0af5548	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.599.000.000	25-11-2021	13:20:26.596	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	413e46df8745b55885339ec6418d5238	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	2.600.000.000	25-11-2021	13:20:12.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e2893451d802baada8d89488fc8d95	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.625.000.000	24-11-2021	09:19:35.803	Propuesta
		Código Verificador:	42b2fd46c37ca9ecdcc48778cac460e	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	2.940.000.000	24-11-2021	09:19:35.829	Propuesta
		Código Verificador:	fb3d4ac4635d38f7fd001e839c49b90b	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.989.500.000	24-11-2021	09:19:35.817	Propuesta
		Código Verificador:	d1d0cfdb89112cda0a7672a3ff2457a2	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	3.125.000.000	25-11-2021	13:23:09.947	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	666fe8081c9b328a79dba73c7e6f6dd2	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	3.480.000.000	24-11-2021	09:19:35.791	Propuesta
		Código Verificador:	fbc48c41760dedf96994951e806cd8e0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.262.181.000	24-11-2021	09:19:35.779	Propuesta
		Código Verificador:	31ad051f6e07860a6e27bf87102c4b3f	

42 - Video laringoscopio

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	352.000.000	24-11-2021	09:19:36.149	Propuesta
		Código Verificador:	2e2d1abb3707531d84c97537565230ee	
ALBATROS SACI - 80002766-3	500.000.000	24-11-2021	09:19:36.163	Propuesta
		Código Verificador:	b81efa48ac88b1a9d17fccd91728a04d	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Aparato Respirador Portatil para Ambulancia

Oferente	Mejor Precio
IMESE S.A. - 80016426-1	102.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	124.260.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

3 - Balanza de peso corporal con tallímetro e índice de masa corporal

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	12.664.000

4 - Balanza pediátrica

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.500.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	9.800.000

5 - Bomba de infusión a jeringa

Oferente	Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	720.000.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	720.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	722.000.000

6 - Caja de Cirugía Menor

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	42.640.000

7 - Cama eléctrica para paciente

Oferente	Mejor Precio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	360.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	369.900.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	383.750.000
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	383.760.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	480.000.000

8 - Cama eléctrica para paciente

Oferente	Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	160.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	164.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	185.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	186.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	230.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	319.500.000

9 - Cama manual para paciente

Oferente	Mejor Precio
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	423.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	425.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	489.000.000

10 - Camilla con ruedas

Oferente	Mejor Precio
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	56.550.000

11 - Cuna de Internación Infantil

Oferente	Mejor Precio
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	103.900.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	109.500.000

12 - Cuna de Internación Pediátrica

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	145.000.000
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	152.100.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

13 - Desfibrilador

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	220.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	354.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	355.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	380.000.000

14 - Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo

Oferente	Mejor Precio
EDISON S.R.L. - 80093090-8	64.500.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	65.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	170.000.000

15 - Electrobisturi

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.194.000.000

16 - Ecografo

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	290.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	298.500.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	550.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	680.000.000

17 - Equipo Analizador de gases

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.000.000.000

18 - Equipo para Luminoterapia

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	46.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	47.500.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	57.900.000

19 - Equipo de rayos X portatil

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	343.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	349.900.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	600.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	732.000.000

20 - ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	13.390.000
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	14.000.000

22 - Humidificador

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	392.000

23 - Incubadoras de Terapia Intensiva

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	399.900.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	404.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	520.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	650.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.000.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

24 - Lampara scialiticas de pie

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	97.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	99.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	114.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	140.000.000

26 - Monitor multiparametrico

Oferente	Mejor Precio
INFOTEC SA - 80021897-3	669.500.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	670.900.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	760.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	848.400.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	850.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	924.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	934.567.200
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	987.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	1.295.700.000

27 - Monitor multiparametrico

Oferente	Mejor Precio
INFOTEC SA - 80021897-3	949.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	953.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	959.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.234.800.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.295.000.000

28 - Negatoscopio

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.518.000

29 - Porta suero

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	24.500.000
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	24.890.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	30.000.000

30 - Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

Oferente	Mejor Precio
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	21.999.900
ARGON S.R.L. - 80004373-1	22.000.000

31 - Resucitador Neonatal c/ Camara y mascara

Oferente	Mejor Precio
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	18.240.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	18.299.000

32 - Resucitador Pediatrico c/ Camara y mascara

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.997.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	21.998.000

33 - Servocuna

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	301.400.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	301.500.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	390.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	520.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

34 - Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	60.000.000

35 - Set de instrumentales para endourología pediátrica

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	236.590.000

36 - Set para cirugía laparoscopica

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	222.780.000

37 - Sistema Regulador de oxigeno para balon

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.600.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.000.000

38 - Tubo de Oxigeno

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.333.500

39 - Ventilador pulmonar de alta complejidad

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	413.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	420.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	444.000.000

40 - Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	723.900.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	734.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	827.500.000

41 - Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.910.000.000
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.090.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	2.368.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	2.500.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	3.125.000.000

42 - Video laringoscopio

Oferente	Mejor Precio
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	352.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	500.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002379-0 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

Item	Precio Ganador
16 - Ecografo	290.000.000

Proveedor: 80002766-3 - ALBATROS SACI

Item	Precio Ganador
------	----------------

Items Ganados por Proveedor

6 - Caja de Cirugía Menor	42.640.000
35 - Set de instrumentales para endourología pediátrica	236.590.000
36 - Set para cirugía laparoscópica	222.780.000

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item	Precio Ganador
15 - Electrobisturi	1.194.000.000
20 - ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR	13.390.000
22 - Humidificador	392.000
28 - Negatoscopio	21.518.000
32 - Resucitador Pediatrico c/ Camara y mascara	21.997.000
34 - Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio	60.000.000

Proveedor: 80006779-7 - SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)

Item	Precio Ganador
7 - Cama electrica para paciente	360.000.000

Proveedor: 80011068-4 - LA CASA DEL MEDICO S.A.

Item	Precio Ganador
3 - Balanza de peso corporal con tallímetro e índice de masa corporal	12.664.000
4 - Balanza pediátrica	7.500.000
12 - Cuna de Internación Pediátrica	145.000.000
18 - Equipo para Luminoterapia	46.000.000
24 - Lámpara scialíticas de pie	97.000.000
29 - Porta suero	24.500.000
33 - Servocuna	301.400.000
37 - Sistema Regulador de oxígeno para balón	2.600.000
38 - Tubo de Oxígeno	10.333.500

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
13 - Desfibrilador	220.000.000
17 - Equipo Analizador de gases	1.000.000.000
19 - Equipo de rayos X portátil	343.000.000
23 - Incubadoras de Terapia Intensiva	399.900.000
39 - Ventilador pulmonar de alta complejidad	413.000.000
40 - Ventilador pulmonar de alta frecuencia	723.900.000
41 - Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad	1.910.000.000

Proveedor: 80016426-1 - IMESE S.A.

Item	Precio Ganador
1 - Aparato Respirador Portátil para Ambulancia	102.000.000

Proveedor: 80021897-3 - INFOTEC SA

Item	Precio Ganador
26 - Monitor multiparamétrico	669.500.000
27 - Monitor multiparamétrico	949.000.000

Proveedor: 80023913-0 - SOLUMEDIC S.A.

Item	Precio Ganador
5 - Bomba de infusión a jeringa	720.000.000

Proveedor: 80024252-1 - M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

Item	Precio Ganador
9 - Cama manual para paciente	423.000.000
10 - Camilla con ruedas	56.550.000
11 - Cuna de Internación Infantil	103.900.000

Proveedor: 80061211-6 - EUROQUIMICA S.A.

Item	Precio Ganador
------	----------------

Items Ganados por Proveedor

30 - Resucitador Adulto c/ Camara y mascara	21.999.900
31 - Resucitador Neonatal c/ Camara y mascara	18.240.000
42 - Video laringoscopia	352.000.000

Proveedor: 80072821-1 - ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
8 - Cama electrica para paciente	160.000.000

Proveedor: 80093090-8 - EDISON S.R.L.

Item	Precio Ganador
14 - Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo	64.500.000

Listado de Mensajes

1 - Aparato Respirador Portatil para Ambulancia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	09:19:48.722
Buenos días, comenzamos la Subasta.	24-11-2021	09:20:18.216
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	24-11-2021	09:20:24.922
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	09:20:29.102
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	09:20:32.575
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	09:28:09.852
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	09:35:23.021
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	09:35:23.356

3 - Balanza de peso corporal con tallímetro e indice de masa corporal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	09:36:48.397
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	09:37:11.533
Señor/a Oferente, baje su precio	24-11-2021	09:37:16.255
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	09:38:34.426
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	09:38:37.830
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	09:47:03.799
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	09:55:05.132
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	09:55:06.338

4 - Balanza pediátrica

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	09:56:14.195
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	09:56:21.883
Señores bajen sus precios.	24-11-2021	09:56:26.859
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	09:57:51.043
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	09:57:54.689
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	10:03:54.756
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	10:10:16.257
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	10:10:16.737

5 - Bomba de infusion a jeringa

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	10:10:34.532
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	10:10:40.698
Señores esperamos mejores ofertas.	24-11-2021	10:10:44.622
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	10:12:04.816
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	10:12:08.920
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	10:18:20.227
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	10:25:33.723
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	10:25:33.913

Listado de Mensajes

6 - Caja de Cirugia Menor

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	10:25:49.990
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	10:25:58.830
Señor/a Oferente, baje su precio	24-11-2021	10:26:03.997
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	10:28:22.486
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	10:28:24.907
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	10:34:24.937
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	10:42:56.295
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	10:42:56.528

7 - Cama electrica para paciente

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	10:43:21.454
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	10:43:35.191
Señores esperamos mejores ofertas.	24-11-2021	10:43:47.880
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	10:46:47.570
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	10:46:51.025
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	10:58:05.731
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	11:07:17.930
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	11:07:19.643

8 - Cama electrica para paciente

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	11:08:18.109
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	11:08:25.983
Señores esperamos mejores ofertas.	24-11-2021	11:08:30.266
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	11:09:21.920
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	11:09:27.195
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	11:28:27.931
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	11:36:07.074
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	11:36:08.883

9 - Cama manual para paciente

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	11:38:36.157
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	11:38:45.179
Señores esperamos mejores ofertas.	24-11-2021	11:40:20.700
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	11:40:23.305
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	11:40:27.641
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	11:46:27.899
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	11:49:36.197
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	11:49:36.781

10 - Camilla con ruedas

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	11:49:56.299
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	11:50:03.698
Señor/a Oferente, baje su precio	24-11-2021	11:50:10.308
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	11:50:22.918
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	11:50:50.454
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	11:56:50.568
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	12:01:43.543
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	12:01:44.687

11 - Cuna de Internación Infantil

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	12:02:00.438

Listado de Mensajes

Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	12:02:08.377
Señores esperamos mejores ofertas.	24-11-2021	12:02:12.758
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	12:03:03.452
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	12:03:06.183
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	12:09:06.617
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	12:15:04.163
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	12:15:05.305

12 - Cuna de Internación Pediátrica

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	12:15:21.664
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	12:15:28.552
Señores esperamos mejores ofertas.	24-11-2021	12:15:35.268
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	12:15:37.381
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	12:16:10.960
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	12:22:11.059
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	12:28:48.657
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	12:28:48.748

13 - Desfibrilador

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	12:29:22.654
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	12:29:29.031
Señores esperamos mejores ofertas.	24-11-2021	12:29:33.156
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	12:30:44.469
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	12:30:46.735
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	12:36:47.267
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	12:41:42.594
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	12:41:42.783

14 - Dispositivo para Oxigenoterapia - Alto Flujo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	12:42:10.588
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	12:42:16.779
Señores esperamos mejores ofertas.	24-11-2021	12:42:20.245
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	12:43:01.560
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	12:43:04.089
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	12:49:04.109
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	12:54:38.159
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	24-11-2021	12:54:38.613
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	24-11-2021	12:54:38.613
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	12:55:26.954

15 - Electrocardiograma

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	12:55:56.464
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	12:56:01.701
Señores esperamos mejores ofertas.	24-11-2021	12:56:07.121
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	12:56:12.417
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	12:56:16.163
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	13:11:13.880
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	13:20:08.901
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	13:20:09.019

16 - Ecografo

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	13:21:16.082
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	13:21:22.584
Señores esperamos mejores ofertas.	24-11-2021	13:21:26.490
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	13:22:01.781
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	13:22:04.135
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	13:28:04.284
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	13:33:38.479
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	13:33:38.681

17 - Equipo Analizador de gases

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	13:33:56.665
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	13:34:02.821
Señor/a Oferente, baje su precio	24-11-2021	13:34:06.861
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	13:34:08.697
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	13:34:32.352
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	13:40:32.459
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	13:50:05.539
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	13:50:06.588

18 - Equipo para Luminoterapia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	13:50:36.595
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	13:50:44.217
Señores esperamos mejores ofertas.	24-11-2021	13:50:51.349
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	13:51:35.407
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	13:51:37.258
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	13:57:37.517
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	14:02:03.993
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	14:02:04.370

19 - Equipo de rayos X portatil

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	14:02:49.061
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	14:02:55.034
Señores esperamos mejores ofertas.	24-11-2021	14:02:58.439
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	14:03:52.639
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	14:03:54.286
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	14:10:09.619
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	14:17:05.209
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	14:17:05.389

20 - ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	14:17:21.570
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	14:17:29.666
Señores esperamos mejores ofertas.	24-11-2021	14:17:33.820
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	14:18:23.006
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	14:18:28.579
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	14:24:28.786
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	14:33:41.853
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	14:33:43.171

22 - Humidificador

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	14:34:04.271
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	14:34:15.656
Señor/a Oferente, baje su precio	24-11-2021	14:34:22.358
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	14:34:26.710

Listado de Mensajes

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	14:34:30.403
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	14:40:30.660
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	14:46:20.745
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	14:46:21.480

23 - Incubadoras de Terapia Intensiva

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	14:46:35.120
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	14:46:41.625
Señores esperamos mejores ofertas.	24-11-2021	14:46:45.730
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	14:47:39.653
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	14:47:44.882
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	14:53:45.128
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	15:00:00.706
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	15:00:01.180

24 - Lampara scialíticas de pie

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	15:00:21.785
Continuamos con la Subasta.	24-11-2021	15:00:32.735
Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos el día de mañana.	24-11-2021	15:01:19.255
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	15:01:34.226
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	15:01:39.751
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	15:07:39.894
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	15:15:55.383
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	15:15:56.245

26 - Monitor multiparametrico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2021	08:59:28.005
Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta.	25-11-2021	08:59:34.102
Señores esperamos mejores ofertas.	25-11-2021	08:59:38.915
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2021	09:06:48.464
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2021	09:06:51.081
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2021	09:24:14.044
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2021	09:32:57.189
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2021	09:32:57.791

27 - Monitor multiparametrico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2021	09:33:09.185
Continuamos con la Subasta.	25-11-2021	09:33:14.318
Señores esperamos mejores ofertas.	25-11-2021	09:33:18.352
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2021	09:34:25.407
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2021	09:34:27.315
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2021	09:40:27.510
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2021	09:48:30.620
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2021	09:48:30.800

28 - Negatoscopio

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2021	09:48:36.667
Continuamos con la Subasta.	25-11-2021	09:48:41.635
Señor/a Oferente, baje su precio	25-11-2021	09:48:45.222
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2021	09:49:15.314
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2021	09:50:40.644
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2021	09:56:40.857
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2021	10:02:46.206

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2021	10:02:46.540
--	------------	--------------

29 - Porta suero

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2021	10:03:54.131
Continuamos con la Subasta.	25-11-2021	10:04:00.978
Señores esperamos mejores ofertas.	25-11-2021	10:04:05.399
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2021	10:04:53.921
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2021	10:04:55.748
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2021	10:16:26.092
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2021	10:21:20.104
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2021	10:21:20.180

30 - Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2021	10:22:13.765
Continuamos con la Subasta.	25-11-2021	10:22:19.883
Señores esperamos mejores ofertas.	25-11-2021	10:22:23.004
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2021	10:24:45.902
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2021	10:27:21.150
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2021	10:40:30.877
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2021	10:43:34.487
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2021	10:43:34.867

31 - Resucitador Neonatal c/ Camara y mascara

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2021	10:43:47.375
Continuamos con la Subasta.	25-11-2021	10:43:54.406
Señores bajen sus precios.	25-11-2021	10:44:25.180
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2021	10:44:26.418
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2021	10:44:29.512
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2021	10:50:29.725
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2021	10:58:29.894
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2021	10:58:30.020

32 - Resucitador Pediatrico c/ Camara y mascara

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2021	10:58:51.185
Continuamos con la Subasta.	25-11-2021	10:59:10.143
Señores esperamos mejores ofertas.	25-11-2021	10:59:14.017
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2021	11:01:00.485
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2021	11:01:02.103
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2021	11:07:02.273
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2021	11:11:10.299
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2021	11:11:10.677

33 - Servocuna

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2021	11:11:22.027
Continuamos con la Subasta.	25-11-2021	11:11:28.742
Señores bajen sus precios.	25-11-2021	11:11:31.916
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2021	11:12:42.699
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2021	11:12:44.948
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2021	11:23:20.305
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2021	11:30:35.353
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2021	11:30:35.569

34 - Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio

Mensaje	Fecha	Hora

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2021	11:30:54.917
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	25-11-2021	11:31:04.948
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	25-11-2021	11:31:15.280
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-11-2021	11:31:27.199
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2021	11:32:02.143
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2021	11:32:04.300
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2021	11:38:04.360
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2021	11:47:50.416
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2021	11:47:50.630

35 - Set de instrumentales para endourología pediátrica

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2021	11:47:59.318
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2021	11:48:16.652
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2021	11:48:20.102
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2021	11:54:20.147
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2021	11:59:50.239
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2021	11:59:50.329

36 - Set para cirugía laparoscópica

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2021	12:00:05.743
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2021	12:00:11.174
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2021	12:00:13.376
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2021	12:06:13.587
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2021	12:15:57.945
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2021	12:15:58.217

37 - Sistema Regulador de oxígeno para balón

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2021	12:16:04.005
Continuamos con la Subasta.	25-11-2021	12:16:10.100
Señores bajen sus precios.	25-11-2021	12:16:12.997
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2021	12:17:20.427
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2021	12:17:22.735
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2021	12:23:22.822
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2021	12:32:54.887
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2021	12:32:55.301

38 - Tubo de Oxígeno

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2021	12:33:03.109
Continuamos con la Subasta.	25-11-2021	12:33:07.616
Señor/a Oferente, baje su precio	25-11-2021	12:33:12.173
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2021	12:35:40.791
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2021	12:35:42.632
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2021	12:41:42.846
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2021	12:44:55.131
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2021	12:44:55.453

39 - Ventilador pulmonar de alta complejidad

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2021	12:45:39.062
Continuamos con la Subasta.	25-11-2021	12:45:44.328
Señores esperamos mejores ofertas.	25-11-2021	12:45:48.544
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2021	12:47:13.133
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2021	12:47:16.402
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2021	12:53:16.462
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2021	12:58:37.591

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2021	12:58:38.175
--	------------	--------------

40 - Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2021	12:59:59.616
Continuamos con la Subasta.	25-11-2021	13:00:04.807
Señores esperamos mejores ofertas.	25-11-2021	13:00:09.505
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2021	13:00:47.195
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2021	13:00:48.963
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2021	13:06:49.067
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2021	13:12:21.260
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2021	13:12:21.723

41 - Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2021	13:12:38.551
Continuamos con la Subasta.	25-11-2021	13:12:43.366
Señores esperamos mejores ofertas.	25-11-2021	13:12:46.764
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2021	13:13:43.973
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2021	13:13:45.859
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2021	13:19:45.935
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2021	13:28:41.949
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2021	13:28:42.025

42 - Video laringoscopio

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2021	13:28:54.552
Continuamos con la Subasta.	25-11-2021	13:29:00.572
Señores esperamos mejores ofertas.	25-11-2021	13:29:04.824
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2021	13:30:01.972
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2021	13:30:04.519
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2021	13:36:04.551
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2021	13:44:25.870
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2021	13:44:26.050

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.