

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 416233

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:28 del día 26/10/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 416233 - ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL de la Institución:

Código Verificador: 7d5a98e8017a2a31a82c728e434840fb

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Sub-UOC:	Instituto Nacional del Cancer - Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1431

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde solicitan 300 J o más como límite superior, recomendamos solicitar 350 Joules o más de tal manera a tener mayor eficacia de desfibrilación en pacientes críticos.		12-10-2022	09:05:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a la Adenda N° 2.		19-10-2022	12:02:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde solicitan 300 J o más como límite superior, recomendamos solicitar 350 Joules o más de tal manera a tener mayor eficacia de desfibrilación en pacientes críticos.		12-10-2022	09:05:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a la Adenda N° 2.		19-10-2022	12:03:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Desfibrilador. Forma de onda bifásica para la terapia de desfibrilación. Límite superior: 300 Joules o más. Capacidad de cargar en 7 segundos o menos a 200 Joules o más; solicitamos se modifique esta especificación. La tecnología bifásica justamente se utiliza para reducir la energía aplicada al paciente y por lo tanto lograr menor daño al miocardio. La tecnología bifásica es descarga en dos sentidos por lo tanto si se descarga 300 Joules se el miocardio estaría recibiendo 600 joules en total. Los desfibriladores con forma de onda bifásica tienen una capacidad de descarga máxima de 200 Joules en dos fases.		12-10-2022	11:48:46
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a la Adenda N° 2.		19-10-2022	12:09:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Sistema de registro Para papel de 50mm ¿Se podría cotizar para papel de 50 a 58mm?		12-10-2022	15:58:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse al PBC.		18-10-2022	11:44:45
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: Pantalla LCD a colores de 7 pulgadas como mínimo. Solicitamos a la convocante sean pantallas de 8 pulgadas como mínimo eso facilitaría la función de monitoreo de signos vitales. aprovechando todas las funciones del equipo	12-10-2022	16:09:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al PBC.	18-10-2022	11:45:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice ECG. solicitamos especificar el Tamaño de ECG: recomendamos 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 4 cm/mV con visualización en el monitor.	12-10-2022	16:18:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la Adenda N° 1.	18-10-2022	11:45:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ECG solicitamos aclarar si cuantas formas de onda se requiere visualizar, no especifican claramente. recomendamos Selección de derivaciones que se muestra en el monitor, palas, I, II, III, AVR, AVL, AVF, V.	12-10-2022	16:22:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la Adenda N° 1.	19-10-2022	12:10:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde solicita SPO2. solicitamos especificar rangos de medición, recomendamos rangos estandar de 30-100%, +- 2% como mínimo	12-10-2022	16:36:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 1.	19-10-2022	12:14:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Tiempo de entrega del bien de 30 días corridos a partir del cobro del anticipo. Solicitamos ampliar el tiempo de entrega a 60 días corridos a partir del cobro del anticipo, considerando que los tiempos de transporte han cambiado desde la aparición del COVID-19, y hasta el momento no se han normalizado principalmente para las importaciones desde Asia y Europa.	12-10-2022	16:51:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al PBC.	19-10-2022	12:14:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS según corresponda de acuerdo al ítem ofertado (en el caso de esterilizador a gas plasma no debe ser solicitado). Solicitamos modificar donde refiere a esterilizador a gas plasma, recomendamos el siguiente texto: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS según corresponda de acuerdo al ítem ofertado (en el caso del desfibrilador debe ser solicitado). Considerando que este tipo de equipamiento médico requiere de registro sanitario.	12-10-2022	16:52:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la Adenda N° 1.	19-10-2022	12:15:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Pantalla LCD a colores de 7 pulgadas como mínimo. Solicitamos permitan cotizar equipos con pantalla LCD a colores de 6,5 pulgadas como mínimo, considerando que esta especificación no hace diferencia en la prestación del equipo al paciente, y la diferencia de 0.5 pulgadas no representa mejores condiciones para los profesionales médicos, además permitiría mayor participación, y no limitar a un fabricante en particular.	12-10-2022	16:52:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al PBC.	19-10-2022	12:16:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Límite superior: 300 Joules o más. Solicitamos permitan cotizar equipos con Límite superior: 270 Joules o más, considerando que la tecnología bifásica que se solicita como especificación por normativas internacionales de seguridad ya no permiten descargas de más de 270 joules, solo equipos del pasado anterior a estas nuevas tecnologías permiten descargas de hasta 300 joules, además limitan la participación de importantes marcas reconocidas en nuestro medio que solo cuentan con límite superior de hasta 270 joules.	12-10-2022	16:52:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Favor ajustarse a la Adenda N° 2.	19-10-2022	12:18:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Que permita al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima ó 120 minutos de monitoreo continuo. Recomendamos considerando las condiciones eléctricas en nuestro país, y por sobre todo en los casos de traslados en ambulancias, solicitar: "Que permita al menos 80 desfibrilaciones a carga máxima ó 180 minutos de monitoreo continuo.	12-10-2022	16:55:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al PBC.	19-10-2022	12:18:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Tiempo de entrega del bien de 30 días corridos a partir del cobro del anticipo. Solicitamos ampliar el tiempo de entrega a 60 días corridos a partir del cobro del anticipo, considerando que los tiempos de transporte han cambiado desde la aparición del COVID-19, y hasta el momento no se han normalizado principalmente para las importaciones desde Asia y Europa.	13-10-2022	07:26:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al PBC.	19-10-2022	12:18:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS según corresponda de acuerdo al ítem ofertado (en el caso de esterilizador a gas plasma no debe ser solicitado). Solicitamos modificar donde refiere a esterilizador a gas plasma, recomendamos el siguiente texto: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS según corresponda de acuerdo al ítem ofertado (en el caso del desfibrilador debe ser solicitado). Considerando que este tipo de equipamiento médico requiere de registro sanitario.	13-10-2022	07:27:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la Adenda N° 1.	19-10-2022	12:19:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Pantalla LCD a colores de 7 pulgadas como mínimo. Solicitamos permitan cotizar equipos con pantalla LCD a colores de 6,5 pulgadas como mínimo, considerando que esta especificación no hace diferencia en la prestación del equipo al paciente, y la diferencia de 0.5 pulgadas no representa mejores condiciones para los profesionales médicos, además permitiría mayor participación, y no limitar a un fabricante en particular.	13-10-2022	07:27:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al PBC.	19-10-2022	12:19:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Límite superior: 300 Joules o más. Solicitamos permitan cotizar equipos con Límite superior: 270 Joules o más, considerando que la tecnología bifásica que se solicita como especificación por normativas internacionales de seguridad ya no permiten descargas de más de 270 joules, solo equipos del pasado anterior a estas nuevas tecnologías permiten descargas de hasta 300 joules, además limitan la participación de importantes marcas reconocidas en nuestro medio que solo cuentan con límite superior de hasta 270 joules.	13-10-2022	07:28:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la Adenda N° 2.	19-10-2022	12:20:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN CON RESPECTO A LA BATERIA: Que permita al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima ó 120 minutos de monitoreo continuo. Recomendamos considerando los inconvenientes constantes en la red eléctrica en nuestro país, solicitar como sigue: Que permita al menos 90 desfibrilaciones a carga máxima ó 180 minutos de monitoreo continuo.	13-10-2022	07:30:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, favor ajustarse al PBC.	19-10-2022	14:31:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Sistema de Registro: para papel de 50mm, solicitamos permita ofertar equipos con impresora incorporada para papel de hasta 80mm	13-10-2022	08:45:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, favor ajustarse al PBC.	19-10-2022	14:32:02

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: J.C.M. PHARMA S.A - RUC: 80012855-9			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508008008	Póliza	Patria S.A. de Seguros y Reaseguros	25-10-2022	25-10-2022	04-03-2023
Oferente: LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80011068-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508019889	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	25-10-2022	25-10-2022	25-03-2023
Oferente: Medical Supply Sociedad Anonima - RUC: 80092809-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508006059	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	25-10-2022	25-10-2022	23-04-2023
Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1			Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 4
1508006062	Póliza	Royal Seguros S.A.	25-10-2022	25-10-2022	05-03-2023
Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508008011	Póliza	Patria S.A. de Seguros y Reaseguros	25-10-2022	26-10-2022	25-03-2023
Oferente: FALCON COM. & IND. S.A. - RUC: 80010835-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6
1508008006	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	25-10-2022	25-10-2022	24-03-2023
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7
1508055103	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A	25-10-2022	26-10-2022	05-03-2023
Oferente: EDISON S.R.L. - RUC: 80093090-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 8
150831430	Póliza	Seguros Generales S.A.	25-10-2022	25-10-2022	24-03-2023

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 9	
1508008018	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	25-10-2022	25-10-2022	04-03-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42172101-001	Desfibrilador					7
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
J.C.M. PHARMA S.A. - 80012855-9	M&B	Beijing M&B Electronic Instruments Co. Ltd.	DM-7000	China	Desfibrilador	150.000.000	1.050.000.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN CORPORATIO	TEC-5631	JAPON		107.140.000	749.980.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	Progetti	Progetti S.R.L.	Rescue Life	Italia	Desfibrilador	124.966.666	874.766.662
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	ARI	ARI Medical Technology Co., LIMITED.	DEF-7000	CHINA	Desfibrilador	124.800.000	873.600.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	Instramed	Industria Médico Hospitalar Ltda.	Cardiomax	Brasil	Desfibrilador	110.000.000	770.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ZOLL	ZOLL MEDICAL CORPORATIO	M2	ESTADOS UNIDOS	Desfibrilador	120.000.000	840.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	MEDIANA	MEDIANA Co., Ltd	D500	Corea	Desfibrilador	65.000.000	455.000.000
EDISON S.R.L. - 80093090-8	Mindray	Shenzhen Mindray	Beneheart D3	China	Desfibrilador	109.000.000	763.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc.	Efficia DFM100	ALEMANIA	Desfibrilador	163.000.000	1.141.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	238.000.000	26-10-2022	09:24:49.305	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a9b34f473ca3ec4643c675298e04935	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	258.000.000	26-10-2022	09:24:27.536	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4ba2095aa049628a6cf604c3e03e1ad	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	268.000.000	26-10-2022	09:24:19.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	877b8861df452f06c69b3a6b35d1704e	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	270.000.000	26-10-2022	09:24:33.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	079724793596e40ab0fe8fd8f73a0917	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	278.000.000	26-10-2022	09:24:10.525	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0065bf1feccd25541cf7d11067b63828	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	280.000.000	26-10-2022	09:24:17.102	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f34c9caef9590b0110c51830e8e9fa65	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	285.000.000	26-10-2022	09:23:20.575	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb926d788b1dd001a0e04b90f2590e9b	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	290.000.000	26-10-2022	09:23:36.002	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c519aab741a5010a7fb2dce5665a3c2	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	304.000.000	26-10-2022	09:22:58.087	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	faa5d79031410e3634adb9ee9af90b82	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	305.000.000	26-10-2022	09:21:57.287	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	917d9ec2284bae54df9a356effbfc28	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	305.000.000	26-10-2022	09:22:05.155	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	713d0e5c7123248ad4dd873c7ff3da8b	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	316.000.000	26-10-2022	09:28:17.280	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cea5911bfdbfbd6602df8f5652e9438	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	318.000.000	26-10-2022	09:26:47.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	704e329a1c536c0add6ba2a5fabba1ef	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	320.000.000	26-10-2022	09:26:12.101	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22e60f55cd955fee70168a8246f364b0	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	322.000.000	26-10-2022	09:26:04.268	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75714f0eea6024077c702ea65e9a8806	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	325.000.000	26-10-2022	09:21:06.170	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90250a2a9b66da53d020132ebafce68c	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	325.000.000	26-10-2022	09:21:48.533	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c51d0742a50b97213b81c1f5f1703d23	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	325.000.000	26-10-2022	09:25:48.848	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6de14cf85ba80072385ed9754fb8e3e0	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	328.000.000	26-10-2022	09:25:36.498	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	849a19db6e95bb1d364406e02f850c9c	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	328.000.000	26-10-2022	09:25:47.709	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a4c7445add870dcea0b00315b24817a	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	329.000.000	26-10-2022	09:25:31.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1be909aa04025bfa27fef17ac11e5845	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	330.000.000	26-10-2022	09:21:13.117	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f74d3f0fcd1344716e1e83e66ae4f295	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	330.000.000	26-10-2022	09:25:17.082	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	901fa901ce2c760b387df4a529754825	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	340.000.000	26-10-2022	09:25:18.181	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	434fdbf4c4b63f69d75193b17b686e03	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	341.000.000	26-10-2022	09:25:09.052	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54fc8f7ce41f33d9bf9bf61a1417084c	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	342.000.000	26-10-2022	09:25:06.825	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d63fb3ad4040356244371319a90d2406	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	343.000.000	26-10-2022	09:24:57.995	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3948ed65d720b25108af8d74e1d4ea2	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	344.000.000	26-10-2022	09:24:51.662	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03606b74f2f8454b33749e8316e4e3bb	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	344.000.000	26-10-2022	09:24:52.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9aa491c2b104b33675adccc9507f68e	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	345.000.000	26-10-2022	09:24:26.815	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f0be7b5852243a44b04e8de56e29142	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	347.000.000	26-10-2022	09:21:39.551	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f9bdaae5fee6e963e384d98fcd388a	
IMESE S.A. - 80016426-1	348.000.000	26-10-2022	09:21:05.417	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d475b5b9e9f02f64b0a7813768a81a8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	349.000.000	26-10-2022	09:20:38.389	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	572507732bb3892f74e9818a382b3718	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	350.000.000	26-10-2022	09:20:45.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2749f9239366b7e9b760b56435bf5d56	

Listado General de todas las Ofertas

IMESE S.A. - 80016426-1	368.000.000	26-10-2022	09:20:43.550	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91abd87a5c54a0173069f0658542f811	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	369.000.000	26-10-2022	09:20:31.585	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b68c2bbad742cc76c388d22889547c9d	
IMESE S.A. - 80016426-1	375.000.000	26-10-2022	09:20:33.242	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19bcf7115661e0e7f89392938fd94e1a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	380.000.000	26-10-2022	09:20:04.287	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e838d3b0d39d5aa082c616269e5ac543	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	380.000.000	26-10-2022	09:20:16.599	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11030337f761edb454ee6bb583e76e4c	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	390.000.000	26-10-2022	09:20:53.662	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6efedfb644c077b2810925186e222dc4	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	415.000.000	26-10-2022	09:21:22.333	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18ca93973d00906a823ca8efa6c846af	
ALBATROS SACI - 80002766-3	418.495.000	26-10-2022	09:26:12.484	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5411acd1256bc79f4dc807fc3f41ef25	
ALBATROS SACI - 80002766-3	418.500.000	26-10-2022	09:21:10.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5018d6b45c87e110e0c41fdab88e3f11	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	420.000.000	26-10-2022	09:20:56.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efbdac1a59da0e55aa7d848e5eae6172	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	440.000.000	26-10-2022	09:20:31.539	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5fc02a362e625542a530efee102ec5ca	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	440.000.000	26-10-2022	09:20:34.195	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0fe7bff5f4eccc5af659a75b7dde5b5d	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	445.000.000	26-10-2022	09:19:58.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59c3ad82c3392cf30c93b213b00d877c	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	448.000.000	26-10-2022	09:19:48.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	defe929946a33f43408483f746852f94	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	450.000.000	26-10-2022	09:19:36.287	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	787d4db7d41908e1107474fa52d638ed	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	450.000.000	26-10-2022	09:20:13.070	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37f4a5069a9d6e485ace64cee2d2f1e4	
IMESE S.A. - 80016426-1	455.000.000	26-10-2022	09:00:00.685	Propuesta
		Código Verificador:	2633d86d01a2848435f66c07d325115e	
J.C.M. PHARMA S.A - 80012855-9	487.872.000	26-10-2022	09:20:22.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7ed0cfa9a1d60f5c952cf45d4a00dcb	
ALBATROS SACI - 80002766-3	490.000.000	26-10-2022	09:20:54.232	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6918fce5ede12ac1048e3899dd01f8c6	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	497.000.000	26-10-2022	09:19:25.990	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1db1fc0dfa1a6a0515d521ad6a26d11	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	726.000.000	26-10-2022	09:20:31.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0b403518f3799d7209d337cb6f97f60	
ALBATROS SACI - 80002766-3	728.000.000	26-10-2022	09:20:14.653	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	705b90bb6b6697f739b6758abd93d82e	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	729.000.000	26-10-2022	09:20:16.566	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1abc8d7c070b46766b6233a873696f0	
ALBATROS SACI - 80002766-3	730.000.000	26-10-2022	09:19:48.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cda19858e183f9ee70683d77668596ef	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	740.000.000	26-10-2022	09:19:06.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8dadcbc0885d6e99b36372f9f1a7d83	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	749.980.000	26-10-2022	09:00:00.687	Propuesta
		Código Verificador:	3e982023a88d516a76ce987421593c1e	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	763.000.000	26-10-2022	09:00:00.684	Propuesta
		Código Verificador:	2ac43437c92fb5c606f77f8702375163	
ALBATROS SACI - 80002766-3	770.000.000	26-10-2022	09:00:00.683	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	0393b1024035494a82212f6be816f22e	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	840.000.000	26-10-2022	09:00:00.686	Propuesta
		Código Verificador:	97dfd1ef30c6f424854194fd94ae50c4	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	873.600.000	26-10-2022	09:00:00.687	Propuesta
		Código Verificador:	58c31fe0334343bb0455641298aa1a99	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	874.766.662	26-10-2022	09:00:00.688	Propuesta
		Código Verificador:	6e823234f8b302aacc2f78cc21710ec8	
J.C.M. PHARMA S.A - 80012855-9	1.050.000.000	26-10-2022	09:00:00.685	Propuesta
		Código Verificador:	b3ab587c6e8716d4ad60388cef9b7688	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.141.000.000	26-10-2022	09:00:00.684	Propuesta
		Código Verificador:	09e572ba5df299a34e8733b39c5b34cf	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	238.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	270.000.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	316.000.000
EDISON S.R.L. - 80093090-8	328.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	348.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	418.495.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	445.000.000
J.C.M. PHARMA S.A - 80012855-9	487.872.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	726.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.	
Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	238.000.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-10-2022	09:08:40.405
Buenos días, comenzamos la Subasta.	26-10-2022	09:08:45.832
Señores bajen sus precios.	26-10-2022	09:08:51.197
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	26-10-2022	09:08:54.179
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	26-10-2022	09:12:52.204
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-10-2022	09:12:53.480
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-10-2022	09:12:55.507
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-10-2022	09:18:55.771
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-10-2022	09:28:22.777
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-10-2022	09:28:22.812

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.