

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 416688

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:29 del día 2/2/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 416688 - LCO -SBE N° 08/2023 "ADQUISICIÓN DE ASPIRADORES DE SECRECIÓN PORTÁTIL" AD REFERENDUM de la Institución:

Código Verificador: 8a445c0c939251eed4f33492d43cc769

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de bases y condiciones solicitan lo siguiente: 2. Cronograma de entrega: Las órdenes de compra serán emitidas por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud. La Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato. Plazo de entrega será de: 15 (quince) días como máximo, contados desde la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. Solicitamos amablemente sea ampliado el plazo para la provisión de bienes a 30 días hábiles a partir de la recepción de Orden de Compra.		19-12-2022	13:56:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor verificar nueva version del PBC		09-01-2023	13:04:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En una parte del Pliego de Bases y Condiciones dice: Plazo de entrega será de: 15 (quince) días como máximo, contados desde la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. Respetuosamente solicitamos al Convocante que este punto quede de la siguiente manera: Plazo de entrega será de: 60 (sesenta) días como máximo, contados desde la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.		20-12-2022	17:33:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor verificar nueva version del PBC		09-01-2023	13:04:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ÍTEM N° 1 Aspirador de Secreciones, En una Parte de las Especificaciones Técnicas dice: SE PUEDEN ACOPLAR 2 FRASCOS RECOLECTORES, TOTALIZANDO EN SU MAXIMA CAPACIDAD HASTA 10 LITROS Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotización de equipos que: SE PUEDEN ACOPLAR 2 FRASCOS RECOLECTORES, TOTALIZANDO LA CAPACIDAD DE 6 LITROS o Mayor capacidad		20-12-2022	17:34:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
SE SOLICITAN EQUIPOS CON GRAN CAPACIDAD DE ASPIRACION Y ALMACENAMIENTO PARA DARLE VERSATILIDAD DE SER UTILIZADOS EM UTI Y QUIROFANOS PARA PROCEDIMIENTOS PROLONGADOS, LA CAPACIDADES MENORES A 10 LITROS NO SERAN CONSIDERADAS EN ESTE LLAMADO		27-12-2022	14:02:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos a la convocante no limitar la participación de oferentes mediante unas especificaciones técnicas que se encuentran claramente direccionadas a una empresa en particular la cual representa la marca FANEM y el modelo solicitado corresponde totalmente al quipo cuyo documento se encuentra adjunto, el link del equipo tal cual se copiaron y pegaron las especificaciones técnicas es https://fanem.com.br/es/productos/diapump-colibri-dps-60/ y el modelo qal cual corresponde es Aspirador Quirúrgico Diapump® Colibri – DPS 60, cabe destacar que se encuentra en evidencia de direccionamiento hacia la empresa representante de esta marca, solicitamos a la convocante tener en cuenta las consultas realizadas para evitar protestas futuras,	22-12-2022	09:15:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
EL PERIODO DE CONSULTAS ES JUSTAMENTE EL ESTAMENTO ADECUADO PARA SOLICITAR MODIFICACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTRAS CONDICIONES DEL PBC. "LA CONVOCANTE LUEGO MEDIANTE UNA ADENDA REALIZA MODIFICACIONES EN BASE A TODAS LAS SOLICITUDES INGRESADAS COMO CONSULTAS DONDE SE TIENEN EN CUENTA PARA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES SUGERIDAS, SIEMPRE QUE NO SE DESVIEN SIGNIFICATIVAMENTE A LO QUE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE REQUIERA, PARA ASI PODER DAR MAYOR PARTICIPACION A MAS OFERENTES"	27-12-2022	14:11:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice SE PUEDEN ACOPLAR 2 FRASCOS RECOLECTORES, TOTALIZANDO EN SU MAXIMA CAPACIDAD HASTA 10 LITROS Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con 2 frascos recolectores con capacidad de 2.5 litros cada frasco. Sugerimos la siguiente descripción SE PUEDEN ACOPLAR 2 FRASCOS RECOLECTORES, TOTALIZANDO EN SU MAXIMA CAPACIDAD, MINIMO 5 LITROS Y UN MAXIMO DE 10 LITROS. Considerando que lo solicitado hace referencia a Aspiradores portátiles y además aclarar dicha solicitud.	22-12-2022	09:31:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE SOLICITAN EQUIPOS CON GRAN CAPACIDAD DE ASPIRACION Y ALMACENAMIENTO PARA DARLE VERSATILIDAD DE SER UTILIZADOS EM UTI Y QUIROFANOS PARA PROCEDIMIENTOS PROLONGADOS, LA CAPACIDADES MENORES A 10 LITROS NO SERAN CONSIDERADAS EN ESTE LLAMADO	27-12-2022	14:12:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice MANIJAS EN LA PARTE FRONTAL Y LA TRASERA PARA EL TRANSPORTE; Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos sin manijas considerando la facilidad de empuje y movimientos de estos equipos ejerciendo fuerza en cualquier área de la consola, y de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas	22-12-2022	09:32:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
LAS MANIJAS EN LA PARTE FRONTAL Y TRASERA PARA TRANSPORTE SON REQUISITOS IMPORTANTES PARA DARLE LA DENOMINACION DE "PORTATIL" A LOS EQUIPOS SOLICITADOS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE ADECUARSE AL PBC EN ESTE PUNTO	27-12-2022	14:15:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice VACUOMETRO CON RANGO DE LECTURA DE 0 a -70mmHg / 0 a - 100kPa Solicitamos amablemente a la convocante corregir dicho requerimiento. Sugerimos VACUOMETRO CON RANGO DE LECTURA DE 0 a -700mmHg / 0 a - 100kPa o mejor. De esta manera aclara dicha solicitud y aceptar equipos con mejores prestaciones	22-12-2022	09:32:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor verificar nueva version del PBC	09-01-2023	13:04:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice RANGO MAXIMO: -85kPa / -675mmHg Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con mejores prestaciones, sugerimos RANGO MAXIMO: -85kPa / -675mmHg o mejor	22-12-2022	09:33:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor verificar nueva version del PBC	09-01-2023	13:04:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice 2(DOS) FRASCO RECOLECTOR GRADUADO EN POLICARBONATO DE 5 LITROS COMO MINIMO CON FLOTANTE MECANUCO DE SEGURIDAD, ESTERIIZABLE EN AUTOCLAVE Solicitamos amablemente a la convocante acotar dicho requerimiento para la mayor participación de oferentes y dar lugar a lo Solicitado (ASPIRADOR PORTÁTIL), Sugerimos 2(DOS) FRASCO RECOLECTOR GRADUADO EN POLICARBONATO DE 2.5LITROS COMO MINIMO y 5 LITROS COMO Máximo CON FLOTANTE MECANUCO DE SEGURIDAD, ESTERIIZABLE.	22-12-2022	09:33:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE SOLICITAN EQUIPOS CON GRAN CAPACIDAD DE ASPIRACION Y ALMACENAMIENTO PARA DARLE VERSATILIDAD DE SER UTILIZADOS EM UTI Y QUIROFANOS PARA PROCEDIMIENTOS PROLONGADOS, LA CAPACIDADES MENORES A 10 LITROS NO SERAN CONSIDERADOS EN ESTE LLAMADO	27-12-2022	14:16:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice ALIMENTACION: TENSION DUAL DE 127/220 VOLTIO (INTERRUPTOR SELECTOR INTEGRADO) Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con tensión eléctrica acorde al requerimiento de uso en la republica del PARAGUAY, Sugerimos ALIMENTACION: TENSION 220 VOLTS/ 50HZ. De esta manera dar lugar a mayor participación de oferentes y solicitar requerimientos coherentes al uso.	22-12-2022	09:33:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor verificar nueva version del PBC	09-01-2023	13:05:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice POTENCIA ELECTRICA: 150 VA, Sugerimos a la convocante agregar a este requerimiento Potencia aproximada, considerando que ésta varia acorde al fabricante. Sugerimos POTENCIA ELECTRICA APROXIMADA: 150VA	22-12-2022	09:34:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor verificar nueva version del PBC	09-01-2023	13:05:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice MEDIDAS EXTERNAS CON PEDESTAL (An. X Pr. X Al): 50 X 45 X 95 cm +/- 2 Solicitamos amablemente a la convocante agregar a la solicitud medidas aproximadas o dar mayor rango de aceptación en cada dimensión. Sugerimos MEDIDAS EXTERNAS CON PEDESTAL (An. X Pr. X Al): 50 X 45 X 95 cm +/- 10 ó MEDIDAS EXTERNAS Aproximadas CON PEDESTAL (An. X Pr. X Al): 50 X 45 X 95 cm. De esta manera evitar cualquier tipo de interpretación de direccionamiento de marca, considerando que medidas aproximadas a lo solicitado no afecta a las prestaciones del equipo.	22-12-2022	09:34:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor verificar nueva version del PBC	09-01-2023	13:05:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Plazo de entrega será de 15 días. Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega a 90 días considerando el tiempo de fabricación de estos productos, además el tiempo de transito desde la fabrica hasta nuestro País. Además atendiendo a consultas anteriores, encontramos evidencia de direccionamiento de especificaciones técnicas lo que lleva a considerar que la licitación esta dirigida a la empresa representante de dicha marca y probablemente ya tenga en stock. El corto plazo de entrega evidencia aún mas dicho privilegio.	22-12-2022	09:45:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor verificar nueva version del PBC	09-01-2023	13:05:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice BOTON PARA EL AJUSTE DE LA PRESION DE VACIO Solicitamos amablemente a la convocante unificar el requerimiento con el siguiente punto de las especificaciones el cual menciona PERILLA PARA EL AJUSTE DE LA INTENSIDAD DE LA PRESION. Sugerimos BOTON PARA EL AJUSTE DE LA PRESION DE VACIO o PERILLA PARA EL AJUSTE DE LA INTENSIDAD DE LA PRESION. Considerando que ambos cumplen la misma función pero con mecanismos diferentes, de esta manera aclarar la solicitud y evitar cualquier tipo de confusión al momento de presentar la oferta.	02-01-2023	11:38:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se considerará Boton o perilla de ajuste de la presión de vacío, se solicita verificar la última versión del PBC	24-01-2023	09:19:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice MANIJAS EN LA PARTE FRONTAL Y LA TRASERA PARA EL TRANSPORTE, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con manijas o empuñadura en la parte trasera del equipo considerando que si el propósito es el transporte esto ya cumple con dicha función, además dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.	02-01-2023	11:38:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se considerará Manijas ó empuñaduras en la parte Frontal o Trasera para el Transporte del equipo, favor verificar la última versión del PBC	24-01-2023	09:20:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice SE PUEDEN ACOPLAR 2 FRASCOS RECOLECTORES, TOTALIZANDO EN SU MAXIMA CAPACIDAD HASTA 10 LITROS Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con 2 frascos colectores de 4 litros y 2 frascos colectores de 2 litros totalizando 12 litros en su máxima capacidad, esta configuración de frascos permite optimizar el uso del equipo cuando se requerirá de su uso en procedimientos menores. Si el propósito de aplicación es para uso en procedimientos menores se puede seleccionar solamente frascos pequeños y así evitar contratiempos que conllevan realizar su desinfección, mientras que los frascos de mayor tamaño siguen disponible para su aplicación en el campo quirúrgico. Aceptando esta solicitud se estará dando lugar a equipos con mejores prestaciones teniendo en cuenta que el precio referencial está acorde a la adquisición de equipos con mayor capacidad y mejores opciones.	02-01-2023	11:38:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se considerarán equipos que puedan tener grandes capacidades de recolección se aceptan equipos con mínimo de 2 frascos de 4 litros de capacidad intercambiables y con reserva de otros frascos que puedan ayudar a alcanzar la capacidad de recolección a 10 litros o más. Favor verificar la última versión del PBC		24-01-2023	09:21:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice FLUJO DE ASPIRACION: 60 LPM, solicitamos amablemente a la convocante ampliar dicho requerimiento a Flujo de Aspiración 80LPM, esto es necesario si el equipo será utilizado en el campo quirúrgico. Cabe mencionar que el precio referencial se encuentra acorde a la adquisición de equipos con mejores prestaciones y mayor capacidad.		02-01-2023	11:39:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor verificar última versión del PBC		24-01-2023	09:21:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice 2(DOS) FRASCO RECOLECTOR GRADUADO EN POLICARBONATO DE 5 LITROS COMO MINIMO CON FLOTANTE MECANUCO DE SEGURIDAD, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con 2 (DOS) FRASCO RECOLECTRE GRADUADO EN POLICARBONATO DE 4 LITROS COMO MÍNIMO Y 2(DOS) FRASCOS RECOLECTOR GRADUADO EN POLICARBONATO DE 2 LITROS COMO MÍNIMO CON FLOTANTE MECANICO DE SEGURIDAD, ESTERILIZABLE. De esta manera ampliar la capacidad total del equipo y dar lugar de participación a equipos con mejores prestaciones.		02-01-2023	11:39:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor verificar la última versión del PBC		24-01-2023	09:22:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice ALIMENTACION: TENSION DUAL DE 127/220 VOLTIO (INTERRUPTOR SELECTOR INTEGRADO) Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con tensión eléctrica acorde al requerimiento de uso en la republica del PARAGUAY, Sugerimos ALIMENTACION: TENSION 220 VOLTS/ 50HZ. Además la solicitud como se encuentra es aplicable para países donde se utilizan distintas tensiones eléctricas como ejemplo Brasil, no es el caso en nuestro País y aceptando la sugerencia se dará lugar a mayor participación de oferentes y corregir el requerimiento de manera a evitar confusión al momento de presentar la oferta.		02-01-2023	11:39:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor verificar la última versión del PBC		24-01-2023	09:23:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice POTENCIA ELECTRICA: 150 VA +/-10, Sugerimos a la convocante agregar a este requerimiento Potencia aproximada, considerando que ésta varía acorde al fabricante. Sugerimos POTENCIA ELÉCTRICA APROXIMADA: 150VA Además aceptando dicha sugerencia no se altera las prestaciones del equipo y se da lugar de participación a mayor cantidad de oferentes		02-01-2023	11:40:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor verificar la última versión del PBC		24-01-2023	09:23:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice POTENCIA ELECTRICA: 150 VA +/-10, Sugerimos a la convocante agregar a este requerimiento Potencia aproximada, considerando que ésta varía acorde al fabricante. Sugerimos POTENCIA ELÉCTRICA APROXIMADA: 150VA Además aceptando dicha sugerencia no se altera las prestaciones del equipo y se da lugar de participación a mayor cantidad de oferentes		02-01-2023	11:41:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor verificar la última versión del PBC		24-01-2023	09:24:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice POTENCIA ELECTRICA: 150 VA +/-10, Sugerimos a la convocante agregar a este requerimiento Potencia aproximada, considerando que ésta varía acorde al fabricante. Sugerimos POTENCIA ELÉCTRICA APROXIMADA: 150VA Además aceptando dicha sugerencia no se altera las prestaciones del equipo y se da lugar de participación a mayor cantidad de oferentes		02-01-2023	11:43:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor verificar la última versión del PBC		24-01-2023	09:24:10

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80011068-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508020224	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	01-02-2023	01-02-2023	11-07-2023
Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1					
Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508006290	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	31-01-2023	02-02-2023	12-07-2023
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0					
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508055634-END.: 000	Póliza	La Consolidada de Seguros	01-02-2023	01-02-2023	25-08-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42271907-001	Aspirador de secreciones					60
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	FANEM	FANEM LTDA	TIPO COLIBRI	BRASIL		14.400.000	864.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	ARI MEDICAL	ARI Medical Technology Co., Ltd	YX980D	CHINA	Aspirador de secreciones	14.410.000	864.600.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	Cami	Cami	New Hospivac	Italia	Aspirador de Secreciones	13.830.000	829.800.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	688.000.000	02-02-2023	08:29:29.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3bfbf4adabce9b06fa21085ce9db3e5f	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	694.000.000	02-02-2023	08:29:24.085	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8b48497ae55349d6877ed5393976ae7	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	695.000.000	02-02-2023	08:29:15.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce0f4a8762d4e73b6569df21c9ee3d59	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	713.000.000	02-02-2023	08:29:11.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db4e802c8f5f649ebdf321328a7db465	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	715.000.000	02-02-2023	08:29:05.650	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a4526776cfa6a36bd24f16558c7a1d4	

Listado General de todas las Ofertas

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	730.000.000	02-02-2023	08:29:03.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4bd3861313baefd4f47667feb2901e1	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	731.000.000	02-02-2023	08:28:54.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20f1785bcd80b4ff1352411e633d8902	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	744.000.000	02-02-2023	08:28:50.601	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b36b3b8eb779c0de6450dcc05f6269f	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	745.000.000	02-02-2023	08:28:44.794	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c663a8d3bced3750e08b3accd2cb377a	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	748.000.000	02-02-2023	08:28:43.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9dd0d9c0ca2ea4e19ea2f47a08a46ccf	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	750.000.000	02-02-2023	08:28:34.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34fb24f88259a415782c7255cacc3006	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	762.000.000	02-02-2023	08:28:32.269	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7bf4473486db0ae099ea10a4992ffe01	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	765.000.000	02-02-2023	08:28:27.235	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51e4af0dba2813aac9d613a24f70397	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	771.000.000	02-02-2023	08:28:25.061	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f95e0b4f8856afa6d43b67cc9b16d796	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	773.000.000	02-02-2023	08:28:16.484	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3aef589a990944096aa3e4933c05b44	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	782.000.000	02-02-2023	08:28:12.200	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	102babca9f91f9007ff87ba443952d5b	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	783.000.000	02-02-2023	08:28:07.753	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e66692d434f22334e71531c89376b350	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	787.000.000	02-02-2023	08:28:04.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62b7b294a8b4f878a6fdf286a4fb4190	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	788.000.000	02-02-2023	08:27:51.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	876d8d21548cd36a33958d784c9619c3	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	791.000.000	02-02-2023	08:27:48.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7be4d8069348afe862125f26e38cc46	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	793.000.000	02-02-2023	08:27:39.809	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6682b025960f47c4ee08bd422c560a1	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	797.000.000	02-02-2023	08:27:44.500	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3125dd485705c09d94db8e6d0c38873	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	798.000.000	02-02-2023	08:27:21.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb054706f811919a7c3ab17bbcbfdddb	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	798.500.000	02-02-2023	08:27:37.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85c6601cf9f46d1ec62268c7f7361665	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	801.000.000	02-02-2023	08:27:19.619	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87a3b6f97ded350943fa2967f3fa135e	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	803.000.000	02-02-2023	08:27:12.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	876ddd294409f8f0811d470d8a62849b	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	806.000.000	02-02-2023	08:27:09.553	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	575557c4bd88305c291019eef3112e21	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	807.000.000	02-02-2023	08:27:02.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d13c9a0cdfd0f635da78a703c8f0a81	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	808.000.000	02-02-2023	08:26:58.722	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc398babea41a9d744d88d4e8c8ecf90	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	810.000.000	02-02-2023	08:26:41.200	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48d1b4e7cb49313ed817dd6093ae4811	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	814.000.000	02-02-2023	08:26:38.432	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5df545bd374d0f523e32adb9c8282ac7	

Listado General de todas las Ofertas

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	815.000.000	02-02-2023	08:26:30.945	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a36092b40d2c85a73279babf08c473b	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	821.000.000	02-02-2023	08:26:27.745	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7be40b4e03f5bb46a4f2f5771e749b40	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	822.000.000	02-02-2023	08:26:15.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	129ad2b59a7c1c6ed70f8ef65be2ab49	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	824.000.000	02-02-2023	08:26:10.359	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee3af30e4d7b8f1830b900f516aa61cd	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	825.000.000	02-02-2023	08:26:04.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4f99f422cd3beb04a427be45c6c9845	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	828.000.000	02-02-2023	08:24:40.355	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8acb16e11edf4cad6650158f29cdf737	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	829.800.000	02-02-2023	08:03:30.524	Propuesta
		Código Verificador:	34847eda0be34255d45c6d45546ad57d	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	863.000.000	02-02-2023	08:24:22.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0aec5d74cbd7051cf53ae6c36d426a5b	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	864.000.000	02-02-2023	08:03:30.523	Propuesta
		Código Verificador:	4ecbf80144192b7ad9cd99ae10c94a78	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	864.600.000	02-02-2023	08:03:30.523	Propuesta
		Código Verificador:	34c9da31772a93f8b0558934a14d4060	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal

Oferente	Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	688.000.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	694.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	829.800.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80072821-1 - ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	688.000.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-02-2023	08:11:44.016
Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-02-2023	08:11:56.907
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	02-02-2023	08:13:59.360
Señores esperamos mejores ofertas.	02-02-2023	08:14:05.196
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-02-2023	08:15:23.469
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-02-2023	08:17:59.036
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-02-2023	08:23:59.043
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-02-2023	08:29:31.214
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-02-2023	08:29:31.276

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

