

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 419000

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:57 del día 17/10/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 419000 - LPN N° 90/2022 - "ADQUISICIÓN DE TESTS VISCOELASTICOS PARA HOSPITALES GENERALES Y ESPECIALIZADOS" de la Institución:

Código Verificador: c280a277d289c3f95d1d12f324087fdb

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante modificar la presentación de Cartuchos a Reactivos para analizadores de sangre, teniendo en cuenta que en el mercado existen reactivos de distintas presentaciones tales como: cartuchos, viales líquidos y viales liofilizados y que de igual modo cuentan con la capacidad de detectar hiperfibrinólisis, coagulopatías por dilución, sustitución de fibrinógeno, factores o sustitución de plaquetas, así como el control de la dosis de heparina o protamina. Esto permitirá a la convocante contar con precios competitivos y una diversidad de opciones en cuanto a la calidad de los equipos.		05-10-2022	18:18:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita a los oferentes ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta dicha modalidad de diagnóstico se realiza con una unidad portátil en las unidades quirúrgicas (Quirófanos), ya con este desarrollo tecnológico se evita los múltiples pasos, con mínima intervención por parte del usuario final, desde la toma de muestra al resultado, por lo que se necesita de la tecnología Cartucho único (unicomponente) que contenga todos y cada uno de los reactivos que requiere el proceso total de la muestra.		10-10-2022	14:54:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En vista que la convocante ha decidido realizar el sistema de adjudicación por ítems y dentro de ambos ítems (N° 1 y N° 2) están destinados para los mismos hospitales (HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO, HOSPITAL DE TRAUMA, HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO, INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA). Consideramos más conveniente que la convocante opte por el sistema de Adjudicación por Lote para Cada Hospital. De esta forma se ampliara a mayor participación obteniendo ventajas competitivas en cuanto al precio de lo solicitado.		05-10-2022	18:19:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Los oferentes deberán ajustarse al PBC, teniendo en cuenta las necesidades de los servicios, así como la especificidad y complejidad de los mismos, por tanto, se mantiene el requerimiento del sistema de adjudicación		10-10-2022	14:56:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Podría la convocante ampliar la presentación requerida de Cartuchos de un solo uso a Reactivos para analizadores de sangre, teniendo en cuenta que denominarlo como Cartucho imposibilitaría el poder cotizar otros tipos de presentaciones existentes en el mercado nacional como ampollas y/o viales de distintas clases, así como también el oferente que cuente con Cartuchos de igual manera podría cotizar denominándolo de esta forma. Esta ampliación no afectaría con todo lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones de cumplir con la detección de hiperfibrinólisis, coagulopatías por dilución, sustitución de fibrinógeno, factores o sustitución de plaquetas, así como el control de la dosis de heparina o protamina		06-10-2022	10:11:16

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los oferentes ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta dicha modalidad de diagnóstico se realiza con una unidad portátil en las unidades quirúrgicas (Quirófanos), ya con este desarrollo tecnológico se evita los múltiples pasos, con mínima intervención por parte del usuario final, desde la toma de muestra al resultado, por lo que se necesita de la tecnología Cartucho único (unicomponente) que contenga todos y cada uno de los reactivos que requiere el proceso total de la muestra.	10-10-2022	14:54:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones técnicas solicitan que los Reactivos sean almacenados a Temperatura ambiente, por tal motivo solicitamos a la convocante que permita como opción que los reactivos sean refrigerados de 2 a 8 grados, ya que los mismos no afectara la estabilidad ni sensibilidad de los reactivos indistintamente al tipo de almacenamiento.	06-10-2022	10:12:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones, teniendo en cuenta que el almacenamiento de los insumos de manera simple y básica sin condiciones térmicas específicas garantizan la adecuada preservación de estos y su fácil manejo. Los riesgos de tener insumos refrigerados son altos en razón a la logística de la cadena de frio, las fluctuaciones de voltaje, la ausencia de sistemas adecuados de refrigeración etc., que conllevan a la pérdida de los mismos.	10-10-2022	14:57:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante ampliar las cantidades de pruebas que desea que el equipo realice, teniendo como base la capacidad mínima de realizar 4 pruebas. Esto es a raíz que existe en el mercado equipos de altas gamas que realizan más pruebas en simultáneo, como por ejemplo hasta 12 pruebas, lo que sería beneficioso para el hospital utilizar el equipo en varios pacientes al mismo tiempo.	06-10-2022	10:13:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los oferentes remitirse a lo requerido en el pliego de bases y condiciones por la convocante, la misma se realiza en base a las necesidades de los servicios, que han solicitado realizar 4 pruebas por pacientes, la naturaleza de la tecnología solicitada es específica para monitoreo de pacientes sangrando y/o monitoreo de pacientes específicos que tengan riesgos de sangrar por su patología o intervención, hace que no sea una prueba de monitoreo masivo que requiera tecnología en razón a número de pacientes en bloque.	10-10-2022	14:59:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, la convocante ha optado por el sistema de Adjudicación de ítems, siendo los dos ítems para los mismos hospitales Hospital Materno Infantil San Pablo, Hospital De Trauma, Hospital General Pediátrico, Instituto Nacional De Cardiología y así también los mismos requerimientos salvo que en uno solicitan el control de dosis de heparina. Por lo que teniendo en cuenta los equipos disponibles en el mercado y las funcionalidades de los mismos, no habría inconveniente en unificar los requerimientos y realizarlos por lotes por Hospitales, generando practicidad para la convocante como mayor oportunidad a oferentes interesados.	06-10-2022	10:28:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los oferentes deberán ajustarse al PBC, teniendo en cuenta las necesidades de los servicios, así como la especificidad y complejidad de los mismos, por tanto, se mantiene el requerimiento del sistema de adjudicación	10-10-2022	14:56:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Muestras En atención a que en el llamado de referencia la convocante requiere para los ítems Reactivos para uso en Laboratorio de Análisis solicitamos a la convocante que para el ítem mencionado la convocante permita presentar la insertos y/o catálogos /especificaciones técnicas del fabricante correspondiente al reactivo ofertado en reemplazo de las muestras considerando estos documentos son válidos con el cual el comité evaluador podría claramente avalar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC y usualmente son solicitados en los llamados para reactivos. Teniendo en cuenta la naturaleza de este tipo de producto y son los documentos que permiten evaluar las características técnicas en los llamados de reactivos	07-10-2022	00:20:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los documentos mencionados forman parte de los requisitos de capacidad técnica, teniendo en cuenta la función de la convocante salvaguardar los intereses de la institución, establece que conforme atribuciones del Comité de Evaluación, si lo considera necesario solicitará las muestras a los oferentes en concurso. Solicitamos a los oferentes remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	10-10-2022	14:59:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: En las especificaciones tecnicas estan pidiendo: Cartuchos de un solo uso con 1 (un) equipo en comodato, para la determinación por medio del Test Viscoelastico con capacidad de realizar el análisis global de la coagulación sanguínea, que permita evaluar en forma rápida la hemostasia general del paciente, con capacidad de detectar hiperfibrinólisis, coagulopatías por dilución, sustitución de fibrinógeno, factores o sustitución de plaquetas. Con certificado de calidad FDA o ISO o CE. Con provisión de Equipo totalmente automatizado, sin pipeteo ni preparacion de pruebas en COMODATO. Esto se refiere a presentar los cartuchos y el equipo que debe de ponerse en comodato? Estos cartuchos y equipos en comodato tienen un costo muy elevado, tanto el cartucho como el equipo, solicitamos que solo se presente los folletos tanto de los cartuchos como de los equipos en comodato.	07-10-2022	00:23:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Los documentos mencionados forman parte de los requisitos de capacidad técnica, teniendo en cuenta la función de la convocante salvaguardar los intereses de la institución, establece que conforme atribuciones del Comité de Evaluación, si lo considera necesario solicitará las muestras a los oferentes en concurso. Solicitamos a los oferentes remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	10-10-2022	14:59:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2 Especificaciones Tecnicas: Cartuchos de un solo uso con 1 (un) equipo en comodato, para la determinación por medio del Test Viscoelastico con capacidad de realizar el análisis global de la coagulación sanguínea, que permita evaluar en forma rápida la hemostasia general del paciente, con capacidad de detectar hiperfibrinólisis, coagulopatías por dilución, sustitución de fibrinógeno, factores o sustitución de plaquetas. Consulta: Los cartuchos solicitados de un solo uso para realizaar la determinaciones de análisis global de la coagulación sanguínea, que permita evaluar en forma rápida la hemostasia general del paciente, con capacidad de detectar hiperfibrinólisis, coagulopatías por dilución, sustitución de fibrinógeno, factores o sustitución de plaquetas deben incluir en un solo cartucho? Favor aclara si es necesario 1 Cartucho para: análisis global de la coagulación sanguínea 1 Cartucho para detectar hiperfibrinólisis 1 cartucho para detectar coagulopatías por dilución 1 cartucho para sustitucion de Fibrinogeno 1 Cartucho para Factores o sustitucion de plaquetas	07-10-2022	00:26:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los oferentes ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta dicha modalidad de diagnóstico se realiza con una unidad portátil en las unidades quirúrgicas (Quirófanos), ya con este desarrollo tecnológico se evita los múltiples pasos, con mínima intervención por parte del usuario final, desde la toma de muestra al resultado, por lo que se necesita de la tecnología Cartucho único (unicomponente) que contenga todos y cada uno de los reactivos que requiere el proceso total de la muestra.	10-10-2022	14:55:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Especificaciones Tecnicas Equipo totalmente automatizado, sin pipeteo ni preparacion de pruebas Consulta: A que se refiere con equipo totalmente automatizado sin pipeteo ni preparacion de muestras? En el mercado solo existen 2 analizadores para est Viscoelastico Uno de ellos se encastra directamente el tubo de muestra en el cartucho y este analizador es el ROTEM Sigma. El otro equipo es el Analizador Igual o mejor que el Rotem Sigma pero este se debe dispensar de los tubos de muestra a los cartuchos. Solicitamos a la convocante incluir las dos modalidades para dar participacion a otro oferente o de lo contrario estas especificaciones solo son para el Rotem Sigma	07-10-2022	00:27:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los oferentes ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta dicha modalidad de diagnóstico se realiza con una unidad portátil en las unidades quirúrgicas (Quirófanos), ya con este desarrollo tecnológico se evita los múltiples pasos, con mínima intervención por parte del usuario final, desde la toma de muestra al resultado, por lo que se necesita de la tecnología Cartucho único (unicomponente) que contenga todos y cada uno de los reactivos que requiere el proceso total de la muestra.	10-10-2022	14:55:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4 Especificaciones tecnicas El tubo de la muestra debe caber directamente en el cartucho Consulta: Esta especificacion es exclusivo del analizador Rotem Sigma. Solicitamos a la convocante incluir tambien la opcion de Pipetear la muestra en el cartucho, ya que este paso no afecta la calidad de los resultados ni tampoco se puede obtener errores de lectura, asi para dar mayor participacion a otros oferentes	07-10-2022	00:30:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los oferentes ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta dicha modalidad de diagnóstico se realiza con una unidad portátil en las unidades quirúrgicas (Quirófanos), ya con este desarrollo tecnológico se evita los múltiples pasos, con mínima intervención por parte del usuario final, desde la toma de muestra al resultado, por lo que se necesita de la tecnología Cartucho único (unicomponente) que contenga todos y cada uno de los reactivos que requiere el proceso total de la muestra.	10-10-2022	14:55:26

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: INFOTEC SA - RUC: 80021897-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508006709	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	13-10-2022	14-10-2022	21-05-2023
Oferente: PROSALUD FARMA S.A. - RUC: 80033584-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508002766	Póliza	ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A	14-10-2022	14-10-2022	02-04-2023

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: PROSALUD FARMA S.A. - RUC: 80033584-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
Oferente: G T SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508006713	Póliza	Aseguradora Yacyreta S.A.	14-10-2022	17-10-2022	13-06-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	41115816-002	Cartucho para Analizador de Sangre					19680
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOTEC SA - 80021897-3	ROTEM	INSTRUMENT. LABORATORY A WERFEN COMPANY/ TEM INNOVATIONS GMBH	NO APLICA	USA/ITALIA/ ESPAÑA	Cartucho para Analizador de Sangre	1.450.000	28.536.000.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	MEDCAPTAIN	MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	N/A	CHINA	Cartucho para Analizador de Sangre	950.000	18.696.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Haemonetics	Haemonetics	no aplica	USA		1.600.000	31.488.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	41115816-002	Cartucho para Analizador de Sangre					8220
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOTEC SA - 80021897-3	ROTEM	INSTRUMENT. LABORATORY A WERFEN COMPANY/ TEM INNOVATIONS GMBH	NO APLICA	USA/ITALIA/ ESPAÑA	Cartucho para Analizador de Sangre	1.450.000	11.919.000.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	MEDCAPTAIN	MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	N/A	CHINA	Cartucho para Analizador de Sangre	950.000	7.809.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Haemonetics	Haemonetics	no aplica	USA		1.600.000	13.152.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Cartucho para Analizador de Sangre				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	18.695.999.900	17-10-2022	08:24:13.423	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c4201b552a729d658a67ca0017147f31	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	18.695.999.999	17-10-2022	08:17:58.515	Etapa de Puja
		Código Verificador:	216f1000dd71af92aa2c6ee44c8e6ec0	

Listado General de todas las Ofertas

PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	18.696.000.000	17-10-2022	08:01:48.098	Propuesta
		Código Verificador:	15b185d72815a4547c4709a7e0aaf5b8	
INFOTEC SA - 80021897-3	24.501.600.000	17-10-2022	08:32:42.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75545e9200caf060a5393663bd2bc2c5	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	24.535.000.000	17-10-2022	08:31:02.110	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98c8ddf826246aafbc8ce881ff96276	
INFOTEC SA - 80021897-3	24.600.000.000	17-10-2022	08:30:24.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fdfb7986b52c8f2db6f9c2dea63b0bd	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	28.535.000.000	17-10-2022	08:19:02.528	Etapa de Puja
		Código Verificador:	de55be0962f5bfacaefc3d85a2602498	
INFOTEC SA - 80021897-3	28.536.000.000	17-10-2022	08:01:48.099	Propuesta
		Código Verificador:	1217ee61dd797217d797931790f3f953	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	31.488.000.000	17-10-2022	08:01:48.097	Propuesta
		Código Verificador:	1c6fe982ed04f8f93fc87efc9122145f	

2 - Cartucho para Analizador de Sangre

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	7.809.000.000	17-10-2022	08:01:48.176	Propuesta
		Código Verificador:	2663cedbc75c8adbb00c458d7dbbf1f2	
INFOTEC SA - 80021897-3	10.233.900.000	17-10-2022	08:51:27.352	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc18cb6e9c5f69a6b476d9c28da85d7e	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	10.500.000.000	17-10-2022	08:52:05.134	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c1b6314f3f64960a38177c07f85f920	
INFOTEC SA - 80021897-3	11.919.000.000	17-10-2022	08:01:48.177	Propuesta
		Código Verificador:	87a41fcf5a56d91a6e3ec461db786c37	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	13.152.000.000	17-10-2022	08:01:48.175	Propuesta
		Código Verificador:	9c8feb8fbf3d006554eedd8f2dee622b	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Cartucho para Analizador de Sangre

Oferente	Mejor Precio
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	18.695.999.900
INFOTEC SA - 80021897-3	24.501.600.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	24.535.000.000

2 - Cartucho para Analizador de Sangre

Oferente	Mejor Precio
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	7.809.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	10.233.900.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	10.500.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80033584-8 - PROSALUD FARMA S.A.

Item	Precio Ganador
1 - Cartucho para Analizador de Sangre	18.695.999.900
2 - Cartucho para Analizador de Sangre	7.809.000.000

Listado de Mensajes

1 - Cartucho para Analizador de Sangre

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-10-2022	08:10:49.219

Listado de Mensajes

Buenos días, comenzamos la Subasta.	17-10-2022	08:10:53.985
Señores esperamos mejores ofertas.	17-10-2022	08:10:56.904
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-10-2022	08:12:01.009
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-10-2022	08:12:03.500
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-10-2022	08:30:13.556
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-10-2022	08:37:27.564
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-10-2022	08:37:27.604

2 - Cartucho para Analizador de Sangre

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-10-2022	08:38:29.153
Continuamos con la Subasta.	17-10-2022	08:38:34.583
Señores esperamos mejores ofertas.	17-10-2022	08:38:38.199
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-10-2022	08:45:13.301
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-10-2022	08:45:15.287
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-10-2022	08:51:15.366
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-10-2022	08:57:34.468
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-10-2022	08:57:34.506

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.