

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 435101

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:52 del día 17/11/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 435101 - ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO, SILLÓN ODONTOLÓGICO, BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL, TERMOHIGROMETRO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO de la Institución:

Código Verificador: fc7c0c044f645d93dd76ace4f6f8733d

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio del Interior
UOC:	Policia Nacional
Código SICP:	1050

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	En el ítem 1 donde dice Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo solicitamos a la convocante la modificación de este ítem por Pantalla táctil de alta sensibilidad de 13 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo ya que una pantalla táctil de 13 pulgadas como mínimo generalmente se considera una pantalla lo suficientemente grande como para proporcionar una experiencia de uso cómoda y una buena visualización de la información adicional lo que contribuye a la eficiencia y precisión en la exploración.	02-10-2023	00:59:30
RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	Remitirse a la Adenda.	10-10-2023	14:30:31
CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	En el ítem 1 en donde dice Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 1 TB solicitamos a la convocante muy amablemente que el ítem sea modificado por Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 500 GB ya que un disco SSD de 500GB permite almacenar una gran cantidad de imágenes y datos de pacientes, lo que es crucial para mantener un registro completo y accesible de los estudios realizados. Además, un SSD ofrece ventajas en términos de velocidad de acceso y transferencia de datos en comparación con los discos duros convencionales, lo que puede agilizar la carga y el procesamiento de las imágenes.	02-10-2023	01:00:11
RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	Remitirse a la Adenda.	10-10-2023	14:30:56
CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	En el ítem 2 en dónde. 5 (Cinco) puertos activos como mínimo para conexión de transductores a futuro en paralelo solicitamos a la convocante la modificación de este ítem ya que la mayoría de los ecógrafos modulares cuentan con 4 (cuatro) puertos activos. Por lo cual sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera 4 (cuatro) puertos activos como mínimo para conexión de transductores a futuro en paralelo de esta forma se da apertura a la participación de potenciales oferentes además de fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguay.	02-10-2023	01:00:40
RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	Remitirse a la Adenda.	10-10-2023	14:31:18

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 1 en donde dice Al menos 40.000.000 de canales de procesamiento. solicitamos a la convocante que este ítem se considere opcional ya que es importante tener en cuenta que el número de canales de procesamiento no es el único factor determinante de la calidad de imagen en un ecógrafo y son escasos los equipos que cuentan con esa cantidad por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera Al menos 40.000.000 de canales de procesamiento (opcional) de esa manera se da una apertura a la participación de potenciales oferentes.		02-10-2023	01:01:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El número de canales de procesamiento favorecen a los ecos emitidos y recibidos, cuanto mayor sea el número, mayor compromiso de la calidad de imagen. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	14:31:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 1 en donde Profundidad de imagen mayor o igual a 40 cm dependiendo del transductor solicitamos muy amablemente a la convocante la modificación de este Item, de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera Profundidad de imagen mayor o igual a 30 cm dependiendo del transductor.		02-10-2023	01:01:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se pide dicha profundidad, debido a la distancia que existe para llegar a estudiar algunas estructuras más profundas, objeto de estudio, a fin de cumplir con mayor cantidad de tipos estudios a realizar. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	14:32:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 1 en donde FSI (Imagen de espectro completo) solicitamos muy amablemente a la convocante que este ítem sea considerado opcional, de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera FSI (Imagen de espectro completo) opcional		02-10-2023	01:02:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita software para el manejo de frecuencias fundamentales y armónicas. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	14:32:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 1 en donde Software de visualización tridimensional del flujo sanguíneo solicitamos muy amablemente a la convocante que este ítem sea considerado opcional, de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera Software de visualización tridimensional del flujo sanguíneo (opcional).		02-10-2023	01:02:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Es necesaria la opción 3D, para evidenciar mejor las vascularizaciones de las distintas estructuras de tejidos y otros, herramienta fundamental para el profesional para un mejor diagnóstico. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	14:33:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 1 en donde 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3-13 MHz o superior. solicitamos muy amablemente a la convocante la modificación de este ítem, de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 5-15 MHz o superior ya que lo importante en este tipo de transductores es la alta frecuencia.		02-10-2023	01:03:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda		10-10-2023	14:33:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta N°9 En el ítem 1 en donde 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 2,5 a 9 MHz o superior. solicitamos muy amablemente a la convocante la modificación de este ítem, de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3 a 10 MHz o superior.		02-10-2023	01:03:46
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda		10-10-2023	14:33:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 1 en donde Impresora color, compatible, para impresiones de imágenes color y reportes, con sus respectivos cartuchos o tóner color de fábrica solicitamos muy amablemente a la convocante que este ítem sea opcional ya que el mismo no influye en el reporte de los estudios e implicaría un costo adicional por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera Impresora color, compatible, para impresiones de imágenes color y reportes, con sus respectivos cartuchos o tóner color de fábrica(opcional) de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes.		02-10-2023	01:04:08
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se necesita la impresora completa como herramienta de trabajo. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	14:34:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Según el pliego de bases y condiciones se solicita a la convocante modificar el plan de entrega de los bienes La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva Orden de Compra de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, que será emitida por la administradora. Por 90 (noventa) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada. Ya que no todos los oferentes cuentan con stock de lo solicitado e importar lleva un tiempo mayor a 30 días en especial los equipos como lo es el ecógrafo de esa forma se dará apertura a la participación de potenciales oferentes.		02-10-2023	01:04:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La urgencia de contar con el equipo se debe al alto flujo de pacientes porque actualmente no se están cubriendo todas las necesidades. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	14:34:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 1 en donde Herramienta de índice heptorrenal para la evaluación de la esteatosis hepática solicitamos muy amablemente a la convocante que este ítem sea opcional ya que esta herramienta es una opción elastografía y la misma es una técnica que evalúa la rigidez o elasticidad de los tejidos y puede ser utilizada para evaluar la esteatosis hepática y también esa característica ya fue solicitado en otro ítem. Por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera Herramienta de índice heptorrenal para la evaluación de la esteatosis hepática (opcional) de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes.		02-10-2023	01:04:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se requiere de elastografía para enriquecer los estudios a realizar, con mayor precisión para facilitar el diagnóstico profesional. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	14:35:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El PBC establece: "Requisito documental para evaluar la capacidad técnica. Habilitación emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria para Servicio Técnico de Dispositivos Médicos." Solicitamos a la Convocante exigir a los Oferentes; a efectos de garantizar la prestación de servicios de mantenimiento durante el periodo de 3 años de garantía solicitados en las especificaciones técnicas; Autorización de Apertura y Funcionamiento como: Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria DINAVISA dependiente del MSPYBS debidamente vigente o presentar la Constancia en trámite de renovación.		02-10-2023	12:39:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, los requisitos de capacidad técnica exigidas por la institución ya se encuentran establecidas en el PBC.		10-10-2023	14:36:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante exigir a todos los Oferentes: Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos; o en el caso de ser Fabricante el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS conforme lo establece la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016.		02-10-2023	12:39:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		10-10-2023	14:36:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El oferente debe contar con personal especializado para brindar capacitación correspondiente sin costo para la convocante de por lo menos 40 (cuarenta horas), en tiempo convenido con la institución y el plantel de profesionales del área. Aplica para el Equipo de Ecógrafo. Se sugiere a la Convocante establecer 24 (veinticuatro horas), para las capacitaciones, pues es suficiente teniendo en cuenta la complejidad del equipo.-		02-10-2023	12:41:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Debido a nuestra experiencia, creemos oportuna la capacitación de 40 horas. Favor adecuarse al pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	14:37:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El PBC establece: El bien entregado será objeto de revisión por parte de la Convocante, y ante la satisfacción de los controles realizados, se labrará ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA del bien entregado en un plazo mínimo de 30 (treinta) días. Una vez entregado el bien adjudicado, el oferente deberá solicitar la emisión de la CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, nota mediante acompañado de la documentación que demuestre el cumplimiento. Se solicita a la Convocante establecer 15 días como máximo para la emisión del acta de recepción definitiva debido a que una vez verificados los equipos y realizada las capacitaciones.		02-10-2023	12:41:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las exigencias son requisitos mínimos para asegurar la entrega con las condiciones exigidas en el PBC.		10-10-2023	14:37:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Teniendo en cuenta que el equipo requerido en el ítem 1 es portátil, se solicita a la Convocante aclarar que para dicho ítem no som necesarias las adecuaciones en una sala específica para su funcionamiento.		02-10-2023	12:44:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC, se estableció visita técnica para la correcta cotización de los equipos requeridos.		10-10-2023	14:38:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 4 - Termohigrómetro En la página número 7 (siete) del PBC dice: Autorización del Fabricante. Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: Si, se requiere para todos los ítems. Solicitamos eliminar este requerimiento para el Ítem 4 – Termohigrómetro; porque la venta de este ítem es libre.		02-10-2023	13:49:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		10-10-2023	14:38:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 4 - Termohigrómetro Otros requerimientos En 5.1 dice: El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSP y BS. Solicitamos respetuosamente a la convocante eliminar este requerimiento, teniendo habida cuenta que en el Pliego de Bases y Condiciones, en el apartado de Capacidad Técnica en el inciso i (la página 18), dice que el registro aplica solo para los ítems 1, 2 y 3.		02-10-2023	13:50:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al potencial Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, el requisito es necesario para los ítems en las cuales se indica que aplica dicho requerimiento.		10-10-2023	14:42:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Equipo de alta resolución con 4D e imagen realista, modular que se utiliza con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica en pacientes adultos, pediátricos y neonatales, favor aclarar si la licencia 4D e imagen realista debe estar instalada considerando que no solicitan el transductor correspondiente para utilizar esta finción, solicitamos diga: Equipo de alta resolución, modular que se utiliza con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica en pacientes adultos, pediátricos y neonatales con posibilidad de agregar en el futuro licencia con 4D e imagen realista		02-10-2023	13:53:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		10-10-2023	14:42:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior Solicitamos diga Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 21" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado o panel de control con rotación de 180° o superior..		02-10-2023	13:54:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al potencial Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones		10-10-2023	14:43:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan 5 (Cinco) puertos activos como mínimo para conexión de transductores a futuro en paralelo, considerando que solo solicitan dos transductores solicitamos permita ofertar equipos con 4 (cuatro) puertos activos como mínimo para conexión de transductores a futuro en paralelo, además permitirá mayor participación de oferentes lo que se traduce en beneficio para la institución		02-10-2023	13:54:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		10-10-2023	14:44:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM N° 3 - Balanza Portátil del peso corporal Donde dice: Balanza digital con soporte para pantalla. Solicitamos a la convocante permita: Balanza digital con soporte para pantalla o display integrada a la Balanza		02-10-2023	13:54:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, los requisitos establecidos son según necesidad de los servicios del hospital.		10-10-2023	14:44:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan Puertos USB para conexión de periféricos al menos 6, solicitamos diga Puertos USB para conexión de periféricos al menos 4 considerando que los que se utilizan normalmente son solo 2 (una para impresora térmica blanco y negro y la otra en caso que se necesite instalar una impresora color) el equipo ya cuenta con lector grabador de CD/DVD por lo que no requiere conectar otro periférico		02-10-2023	13:55:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		10-10-2023	14:44:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Al menos 40.000.000 de canales de procesamiento, solicitamos permita ofertar equipos con al menos 17.000.0000 de canales de procesamiento		02-10-2023	13:57:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El número de canales de procesamiento favorecen a los ecos emitidos y recibidos, cuanto mayor sea el número, mayor compromiso de la calidad de imagen. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones		10-10-2023	14:45:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1. Donde dice Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior solicitamos a la convocante modificar a Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 21" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior. Cada fabricante maneja un tamaño de monitor propio para el diseño de su equipo, el cual es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		02-10-2023	13:58:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones		10-10-2023	14:45:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
2- Donde dice Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo solicitamos a la convocante modificar a Pantalla táctil de alta sensibilidad de 13 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo. Cada fabricante maneja un tamaño de pantalla táctil acorde al diseño de su equipo, el cual es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		02-10-2023	13:58:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		10-10-2023	14:46:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Botones editables para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales solicitamos a la convocante eliminar la frase botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones y quede de la siguiente manera Botones editables para agregar, eliminar o mover, congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales. Lo solicitado es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		02-10-2023	13:59:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Por mayor practicidad y productividad del profesional, requerimos estas funciones, las cuales la mayoría de marcas solventes con reconocida representación y comprobada calidad poseen. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones		10-10-2023	14:46:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Botones editables para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales solicitamos a la convocante colocar este punto como OPCIONAL, debido a que la característica de botones con gestos definidos por el usuario es una característica propia de una única marca en el mercado, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		02-10-2023	13:59:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Por mayor practicidad y productividad del profesional, requerimos estas funciones, las cuales la mayoría de marcas solventes con reconocida representación y comprobada calidad poseen. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones		10-10-2023	14:46:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 1 TB solicitamos a la convocante modificar este punto a Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 500 GB o mayor. El valor de disco duro solicitado es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía de tecnologías superiores y actualizadas, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con comprobada calidad en el mercado local e internacional.		02-10-2023	14:00:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		10-10-2023	14:47:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Al menos 40.000.000 de canales de procesamiento solicitamos a la convocante modificar a Al menos 3.000.000 de canales de procesamiento o mejor. Lo solicitado se debe a que los canales de procesamiento se calculan mediante una fórmula matemática propia, que no se ha estandarizado en el mercado y lo cual hace que los números de canales digitales no sean comparables entre una marca y otra.		02-10-2023	14:00:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El número de canales de procesamiento favorecen a los ecos emitidos y recibidos, cuanto mayor sea el número, mayor compromiso de la calidad de imagen. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	14:48:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Profundidad de imagen mayor o igual a 40 cm dependiendo del transductor solicitamos a la convocante modificar a Profundidad de imagen mayor o igual a 35 cm dependiendo del transductor la diferencia solicitada es mínima, además dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos, por lo que solicitamos que amplíen la profundidad de imagen solicitada a fin de permitir una mayor participación de marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		02-10-2023	14:01:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se pide dicha profundidad, debido a la distancia que existe para llegar a estudiar algunas estructuras más profundas, objeto de estudio, a fin de cumplir con mayor cantidad de tipos estudios a realizar. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	14:48:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM N° 3 - Balanza Portátil del peso corporal Donde dice: Plataforma de superficie antideslizante. Solicitamos a la convocante permita: Plataforma de superficie antideslizante o en vidrio y acero inoxidable.		02-10-2023	14:01:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, los requisitos establecidos son según necesidad de los servicios del hospital.		10-10-2023	14:53:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Armónica para tejidos que permita elegir distintas bandas de frecuencia con tecnología de inversión de pulso solicitamos a la convocante modificar a Armónica para tejidos que permita elegir distintas bandas de frecuencia con tecnología de inversión de pulso o similar, lo solicitado se debe a que algunas marcas poseen una tecnología similar a la solicitada por el pliego, que finalmente tiene la misma función clínica, por lo que solicitamos que modifiquen este punto, a fin de permitir una mayor participación de potenciales oferentes.		02-10-2023	14:01:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se admite tecnología similar a la inversión de pulso, siempre y cuando permita elegir distintas bandas de frecuencias.		10-10-2023	14:54:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Armónica de inversión de pulso solicitamos a la convocante modificar a Armónica de inversión de pulso o similar lo solicitado se debe a que algunas marcas poseen una tecnología similar a la solicitada por el pliego, que finalmente tiene la misma función clínica, por lo que solicitamos que modifiquen este punto, a fin de permitir una mayor participación de potenciales oferentes.		02-10-2023	14:01:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se admite tecnología similar a la inversión de pulso, siempre y cuando permita elegir distintas bandas de frecuencias.		10-10-2023	14:54:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Imágenes armónicas codificadas solicitamos a la convocante modificar a Imágenes armónicas codificadas o similar lo solicitado se debe a que algunas marcas poseen una tecnología similar a la solicitada por el pliego, que finalmente tiene la misma función clínica, por lo que solicitamos que modifiquen este punto, a fin de permitir una mayor participación de potenciales oferentes.		02-10-2023	14:02:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se admite tecnología similar a la inversión de pulso, siempre y cuando permita elegir distintas bandas de frecuencias.		10-10-2023	14:54:55

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM N° 3 - Balanza Portátil del peso corporal Donde dice: Pantalla: LCD retroiluminada. Solicitamos a la convocante permita cotizar: Pantalla: LCD o LED retroiluminada.		02-10-2023	14:02:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, los requisitos establecidos son según necesidad de los servicios del hospital.		10-10-2023	14:55:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Optimización automática de la imagen con un solo botón en todos los modos de imagen solicitamos a la convocante colocar este punto como OPCIONAL debido a que la mayoría de las marcas con reconocida representación en el mercado local e internacional solo cuentan con la Optimización automática de la imagen con un solo botón en los modos de imagen 2D y espectro Doppler.		02-10-2023	14:02:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Por mayor practicidad y productividad del profesional, requerimos estas funciones, las cuales la mayoría de marcas solventes con reconocida representación y comprobada calidad poseen. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	14:55:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Software de supresión de sombras, artefactos de halo reducido y áreas borrosas mitigadas en imágenes 2D solicitamos a la convocante modificar la descripción de este punto a tecnología de mejoramiento de imagen debido a que esta descripción pertenece a una única marca (Samsung modelo V7) en el mercado.		02-10-2023	14:02:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		10-10-2023	14:56:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Software de medición automática de tiroides solicitamos a la convocante poner este punto como OPCIONAL, ya que la medición automática de tiroides no se encuentra disponible en la mayoría de los equipos por la dificultad anatómica propia del estudio.		02-10-2023	14:03:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El equipo será dedicado a estudios específicos donde se necesita alta productividad debido a la alta demanda de los servicios, motivo por el cual estas herramientas automáticas facilitan el trabajo del profesional médico. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	14:57:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Software de medición automática de mamas solicitamos a la convocante poner este punto como OPCIONAL, ya que la medición automática de mamas no se encuentra disponible en la mayoría de los equipos por la dificultad anatómica propia del estudio.		02-10-2023	14:03:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El equipo será dedicado a estudios específicos donde se necesita alta productividad debido a la alta demanda de los servicios, motivo por el cual estas herramientas automáticas facilitan el trabajo del profesional médico. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	14:58:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Herramienta de índice hepatorrenal para la evaluación de la esteatosis hepática solicitamos a la convocante poner este punto como OPCIONAL, ya que dicha herramienta se encuentra disponible en equipos de muy alta gama, que encarece el presupuesto disponible para esta licitación.		02-10-2023	14:03:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El equipo será dedicado a estudios específicos donde se necesita alta productividad debido a la alta demanda de los servicios, motivo por el cual estas herramientas automáticas facilitan el trabajo del profesional médico. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	14:58:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Software para transferencia de Imagen y clips a dispositivos móviles solicitamos a la convocante poner este punto como OPCIONAL, lo solicitado constituye una característica meramente constructiva que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional		02-10-2023	14:04:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Al solicitar un equipo con altos requerimientos, la mayoría de los equipos en el mercado cumplen con dicha función. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	14:59:08
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Medición automática del espesor íntima-media, evaluación IMT con RF precisa en tiempo real solicitamos a la convocante colocar este punto como OPCIONAL, a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación en el mercado local e internacional		02-10-2023	14:04:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El equipo será dedicado a estudios específicos donde se necesita alta productividad debido a la alta demanda de los servicios, motivo por el cual estas herramientas automáticas facilitan el trabajo del profesional médico. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	14:59:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Elastografía cuantitativa point Shear Wave solicitamos a la convocante colocar este punto como OPCIONAL, a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación en el mercado local e internacional.		02-10-2023	14:04:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se requiere de elastografía para enriquecer los estudios a realizar, con mayor precisión para facilitar el diagnóstico profesional, así mismo el equipo será dedicado a estudios específicos donde se necesita alta productividad debido a la alta demanda de los servicios, motivo por el cual estas herramientas automáticas y específicas facilitan el trabajo del profesional médico. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	15:00:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Elastografía cuantitativa Shear Wave 2D real time solicitamos a la convocante colocar este punto como OPCIONAL, a fin de tener una mayor participación de potenciales oferentes.		02-10-2023	14:05:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se requiere de elastografía para enriquecer los estudios a realizar, con mayor precisión para facilitar el diagnóstico profesional, así mismo el equipo será dedicado a estudios específicos donde se necesita alta productividad debido a la alta demanda de los servicios, motivo por el cual estas herramientas automáticas y específicas facilitan el trabajo del profesional médico. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	15:05:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Alta resolución temporal en tiempo real en elastografía por Shear Wave solicitamos a la convocante colocar este punto como OPCIONAL, debido a que dicha característica pertenece a una única marca en el mercado, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación en el mercado local e internacional.		02-10-2023	14:06:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se requiere de elastografía cuantitava y de alta resolucion, para enriquecer los estudios a realizar, con mayor precisión para facilitar el diagnóstico profesional, así mismo el equipo será dedicado a estudios específicos donde se necesita alta productividad debido a la alta demanda de los servicios, motivo por el cual estas herramientas automáticas y específicas facilitan el trabajo del profesional médico. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	15:06:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Guia de visualización de Agujas para punción solicitamos a la convocante colocar este punto como OPCIONAL.		02-10-2023	14:06:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El equipo será dedicado a estudios específicos donde se necesita alta productividad debido a la alta demanda de los servicios, motivo por el cual estas herramientas automáticas facilitan el trabajo del profesional médico. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	15:06:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
22- Donde dice 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3-13 MHz o superior solicitamos a la convocante modificar a 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 5-12.5 MHz o superior dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos, además, cada casa comercial maneja un ancho de banda propio de la marca que finalmente tiene el mismo valor clínico para cada tipo de transductor, por lo que solicitamos que amplíen el rango de frecuencia solicitado a fin de permitir una mayor participación de marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		02-10-2023	14:06:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		10-10-2023	15:07:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 2,5 a 9 MHz o superior solicitamos a la convocante modificar este punto a 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3 a 9 MHz o superior dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos, además, cada casa comercial maneja un ancho de banda propio de la marca que finalmente tiene el mismo valor clínico para cada tipo de transductor, por lo que solicitamos que amplíen el rango de frecuencia solicitado a fin de permitir una mayor participación de marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		02-10-2023	14:06:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		10-10-2023	15:16:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice DICOM Breast solicitamos a la convocante colocar este punto como OPCIONAL o eliminarlo, debido a que dicha característica no coincide con ningún estándar DICOM conocido.		02-10-2023	14:07:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
DICOM Breast tiene relación con las plantillas que componen el informe de imágenes mamarias. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	15:17:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Batería incorporada al equipo con capacidad de 120 minutos para escaneo continuo, y 12 horas en modo de espera solicitamos a la convocante modificar a Batería incorporada al equipo con capacidad de 75 minutos para escaneo continuo, y 180 minutos en modo de espera Lo solicitado constituye una característica meramente constructiva que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de potenciales oferentes.		02-10-2023	14:07:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se necesita considerar este recurso, a fin de prever cualquier situación inesperada, contando con autonomía en el funcionamiento del equipo. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	15:19:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 1: Ecógrafo, en el punto dice: Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 21" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior.		02-10-2023	14:20:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se necesita considerar este recurso, a fin de prever cualquier situación inesperada, contando con autonomía en el funcionamiento del equipo. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	15:20:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 1: Ecógrafo, en el punto dice: Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Pantalla táctil de alta sensibilidad de 13 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo.}		02-10-2023	14:20:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda.		10-10-2023	15:32:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 1: Ecógrafo, en el punto dice: Sistema Operativo Windows 10. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Sistema Operativo Windows 10 o similar.		02-10-2023	14:20:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aceptarán sistemas operativos nativos de origen, según cada fabricante, de preferencia Windows 10.		10-10-2023	15:32:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 1: Ecógrafo, en el punto dice: Doppler de alta ganancia (Power Doppler). Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Doppler de alta ganancia (Power Doppler) o similar		02-10-2023	14:20:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se necesita Doppler de alta ganancia (Power Doppler), constituyéndose la misma en una herramienta usual que tienen la mayoría de los ultrasonidos del mercado. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	15:32:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 1: Ecógrafo, en el punto dice: Doppler Direccional Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Doppler Direccional o similar.		02-10-2023	14:21:12

Listado de Consultas

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se necesita Doppler Direccional, constituyéndose la misma en una herramienta usual que tienen la mayoría de los ultrasonidos del mercado. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	15:33:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 1: Ecógrafo, en el punto dice: Doppler Direccional Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Doppler Direccional o similar.		02-10-2023	14:21:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se necesita Doppler Direccional, constituyéndose la misma en una herramienta usual que tienen la mayoría de los ultrasonidos del mercado. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	15:33:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 1: Ecógrafo, en el punto dice: Doppler Tisular color Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Doppler Tisular Color o similar		02-10-2023	14:21:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se necesita Doppler Direccional, constituyéndose la misma en una herramienta usual que tienen la mayoría de los ultrasonidos del mercado. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	15:34:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 4 - Termohigrómetro En la página número 7 (siete) del PBC dice: Autorización del Fabricante. Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: Si, se requiere para todos los ítems. Solicitamos eliminar este requerimiento para el Item 4 – Termohigrómetro; porque la venta de este ítem es libre.		02-10-2023	14:21:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		10-10-2023	15:35:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 4 - Termohigrómetro Otros requerimientos En 5.1 dice: El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSP y BS. Solicitamos respetuosamente a la convocante eliminar este requerimiento, teniendo habida cuenta que en el Pliego de Bases y Condiciones, apartado de Capacidad Técnica en el inciso i (la página 18), dice que el registro aplica solo para los ítems 1, 2 y 3.		02-10-2023	14:22:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al potencial Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, el requisito es necesario para los ítems en las cuales se indica que aplica dicho requerimiento.		10-10-2023	15:35:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 1: Ecógrafo, en un punto de las EETT dice: FSI (Imagen de espectro completo). Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: FSI (Imagen de espectro completo) o similar		02-10-2023	14:22:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita software para el manejo de frecuencias fundamentales y armónicas. Se solicita al potencial Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	15:37:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 1: Ecógrafo, en un punto de las EETT dice: Imágenes armónicas codificadas. Solicitamos a la convocante que este punto quede como opcional ya que esta terminología corresponde a una marca específica (GE), sugerimos quede de la siguiente manera: Imágenes armónicas codificadas. (OPCIONAL)		02-10-2023	14:23:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		10-10-2023	15:38:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior. Para este punto se solicita a la convocante aceptar un monitor de 21" como mínimo con una resolución mínima de Resolution: 1920 x 1080 y tamaño de Imagen 1050*768. Con esta configuración se logra una alta visualización en calidad de imagen y se puede tener un optimo diagnóstico.		02-10-2023	14:27:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al potencial Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	15:38:33

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada		Hora
ITEM 1: Ecógrafo, en un punto de las EETT dice: Elastografía cuantitativa point Shear Wave. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera ya que se puede obtener la misma información por diferentes tecnologías: Elastografía cuantitativa point Shear Wave o similar.		14:28:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Hora
Se requiere de elastografía para enriquecer los estudios a realizar, con mayor precisión para facilitar el diagnóstico profesional, así mismo el equipo será dedicado a estudios específicos donde se necesita alta productividad debido a la alta demanda de los servicios, motivo por el cual estas herramientas automáticas y específicas facilitan el trabajo del profesional médico. Se solicita al potencial Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		15:38:59
CONSULTA		
Consulta Realizada		Hora
ITEM 1: Ecógrafo, en un punto de las EETT dice: Elastografía cuantitativa Shear Wave 2D real time Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera ya que se puede obtener la misma información por diferentes tecnologías: Elastografía cuantitativa Shear Wave 2D real time o similar		14:28:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Hora
Se requiere de elastografía para enriquecer los estudios a realizar, con mayor precisión para facilitar el diagnóstico profesional, así mismo el equipo será dedicado a estudios específicos donde se necesita alta productividad debido a la alta demanda de los servicios, motivo por el cual estas herramientas automáticas y específicas facilitan el trabajo del profesional médico. Se solicita al potencial Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		15:39:29
CONSULTA		
Consulta Realizada		Hora
ITEM 1: Ecógrafo, en un punto de las EETT dice: Alta resolución temporal en tiempo real en elastografía por Shear Wave Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera ya que se puede obtener la misma información por diferentes tecnologías: Alta resolución temporal en tiempo real en elastografía por Shear Wave o similar		14:28:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Hora
Se requiere de elastografía para enriquecer los estudios a realizar, con mayor precisión para facilitar el diagnóstico profesional, así mismo el equipo será dedicado a estudios específicos donde se necesita alta productividad debido a la alta demanda de los servicios, motivo por el cual estas herramientas automáticas y específicas facilitan el trabajo del profesional médico. Se solicita al potencial Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		15:40:08
CONSULTA		
Consulta Realizada		Hora
ITEM 1: Ecógrafo, en un punto de las EETT dice: Transductores multifrecuenciales originales y de la misma marca que el equipo ofertado con tecnología broadband (banda ancha) Solicitamos a la convocante a fin de obtener mayor participación que el punto quede de la siguiente manera: Transductores multifrecuenciales originales y de la misma marca que el equipo ofertado con rango de frecuencias ajustable y/o con tecnología broadband (banda ancha).		14:29:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Hora
El pedido ya obedece a la descripción de la necesidad. Se solicita al potencial Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		15:40:32
CONSULTA		
Consulta Realizada		Hora
ITEM 1: Ecógrafo, en un punto de las EETT dice: DICOM Breast. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: DICOM Breast o similar.		14:29:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Hora
DICOM Breast tiene relación con las plantillas que componen el informe de imágenes mamarias. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		15:40:53
CONSULTA		
Consulta Realizada		Hora
ITEM 1: Ecógrafo, en un punto de las EETT dice: Batería incorporada al equipo con capacidad de 120 minutos para escaneo continuo, y 12 horas en modo de espera. Solicitamos a la convocante que el punto quede de la siguiente manera teniendo en cuenta el tiempo de respaldo efectivo de la batería: Batería incorporada al equipo con capacidad de 90 minutos para escaneo continuo.		14:29:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Hora
Se necesita considerar este recurso, a fin de prever cualquier situación inesperada, contando con autonomía en el funcionamiento del equipo. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		15:41:14
CONSULTA		
Consulta Realizada		Hora

Listado de Consultas

* Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo. Se solicita a la convocante aceptar pantalla táctil con un tamaño mínimo de 14" , con esta configuración se puede tener una pantalla con todas las funciones descriptas y no reduce la optimización durante el escaneo del paciente.		02-10-2023	14:29:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		10-10-2023	15:41:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3-13 MHz o superior. En este punto se solicita a la convocante aceptar con un rango de 4 - 19MHz. De alta calidad de imagen		02-10-2023	14:39:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		10-10-2023	15:41:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 2,5 a 9 MHz o superior. En este punto se solicita a la convocante aclarar el tipo de transductor y la frecuencia, ya que esta dentro de la frecuencia del transdcutor solicitado.		02-10-2023	14:39:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		10-10-2023	15:42:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICOM 3.0 con las siguientes licencias habilitadas: DICOM Breast. En este punto se solicita aceptar opcional la opción DICOM BREAST.		02-10-2023	14:40:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Por previsión son solicitadas las licencias Dicom. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		10-10-2023	15:43:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM N° 3 - Balanza Portátil del peso corporal Donde dice: El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS. Sugerimos a la convocante solicitar: Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS o Registro de Importación por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).		02-10-2023	14:42:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, este requisito es una exigencia de la DINAVISA.		10-10-2023	15:44:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 2,5 a 9 MHz o superior. En este punto se solicita a la convocante aclarar el tipo de transductor y la frecuencia, ya que esta dentro de la frecuencia del transdcutor solicitado.		02-10-2023	14:43:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		10-10-2023	15:44:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Modo de flujo de color, favor aclarar a que se refiere		02-10-2023	14:43:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara al potencial Oferente que el requerimiento hace referencia al modo de imagen color que permite la representación tridimensional del flujo sanguíneo, punto también solicitado en la sección de softwares.		10-10-2023	15:44:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Software de visualización tridimensional del flujo sanguíneo solicitamos que este punto sea opcional		02-10-2023	14:44:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Es necesaria la opción 3D, para evidenciar mejor las vascularizaciones de las distintas estructuras de tejidos y otros, herramienta fundamental para el profesional para un mejor diagnóstico. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		10-10-2023	15:45:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Software de medición automática de tiroides, solicitamos diga Software de detección automática lesiones en tiroides		02-10-2023	14:44:30

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Hora
Se solicita al Oferente ajustarse en el PBC, las especificaciones técnicas establecidas son las que se ajustan a la necesidad del servicio.		15:45:16
CONSULTA		
Consulta Realizada		Hora
Donde sice Software de medición automática de mamas, solicitamos diga Software de detección automática de lesiones en mamas		14:45:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Hora
Se solicita al Oferente ajustarse en el PBC, las especificaciones técnicas establecidas son las que se ajustan a la necesidad del servicio.		15:45:28
CONSULTA		
Consulta Realizada		Hora
Donde dice: Herramienta de índice hepatorenal para la evaluación de la esteatosis hepática, solicitamos que este punto sea opcional		14:45:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Hora
Se requiere de elastografía para enriquecer los estudios a realizar, con mayor precisión para facilitar el diagnóstico profesional. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		15:45:50
CONSULTA		
Consulta Realizada		Hora
Donde dice Software para transferencia de Imagen y clips a dispositivos móviles solicitamos que este punto sea opcional		14:45:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Hora
Al solicitar un equipo con altos requerimientos, la mayoría de los equipos en el mercado cumplen con dicha función. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		15:46:07
CONSULTA		
Consulta Realizada		Hora
Solicitan: 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3-13 MHz o superior, solicitamos diga 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 4-13 MHz o superior		14:46:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Hora
Remitirse a la Adenda.		15:46:30
CONSULTA		
Consulta Realizada		Hora
Solicitan: 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 2,5 a 9 MHz o superior, solicitamos 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3 a 9 MHz o superior		14:46:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Hora
Remitirse a la Adenda.		15:46:44
CONSULTA		
Consulta Realizada		Hora
Solicitan: Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo. Solicitamos diga: Pantalla táctil de alta sensibilidad de 10 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo.		14:47:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Hora
Favor Remitirse a la Adenda.		15:47:01
CONSULTA		
Consulta Realizada		Hora
Solicitan Botones editables para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales Solicitamos diga: Que permita agregar Botones para fuciones como congelar, imprimir y/o algunas otras funciones especiales de manera a dar mayor participación a los oferentes Además considerando que generalmente estos equipos son utilizados por más de un usuario no es conveniente que las funciones puedan ser modificadas tan libremente ya que esto puede afectar el ritmo de trabajo de los profesionales al estar buscando las herramientas que fueron borradas o reemplazadas de ubicación, mas bien se recomienda que las herramientas esten ubicadas ordenadamente de acuerdo a las funciones que están siendo utilizadas.		14:47:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Hora
Por mayor practicidad y productividad del profesional, requerimos estas funciones, las cuales la mayoría de marcas solventes con reconocida representación y comprobada calidad poseen. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		15:47:18
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Rango dinámico de al menos 240 dB o superior considerando que solicitan un equipo de calidad premium recomendamos solicitar al menos 300dB para asegurar una buena imagen	02-10-2023	14:48:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dicha especificación es acorde a la necesidad solicitada por los profesionales médicos, y a fin de permitir el acceso a mayor cantidad de participantes. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	10-10-2023	15:47:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Batería incorporada al equipo con capacidad de 120 minutos para escaneo continuo, y 12 horas en modo de espera.Solicitamos Batería incorporada al equipo con capacidad de 80 minutos para escaneo continuo, y 120 horas en modo de espera	02-10-2023	14:50:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se necesita considerar este recurso, a fin de prever cualquier situación inesperada, contando con autonomía en el funcionamiento del equipo. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	10-10-2023	15:48:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepcion de la Orden de Compra, solicitamos diga 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepcion de la Orden de Compra	02-10-2023	14:52:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La urgencia de contar con el equipo se debe al alto flujo de pacientes porque actualmente no se estan cubriendo todas las necesidades. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	10-10-2023	15:48:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Rango dinámico de al menos 240 dB o superior considerando que solicitan un equipo de calidad premium recomendamos solicitar al menos 300dB para asegurar una buena imagen	02-10-2023	14:53:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dicha especificación es acorde a la necesidad solicitada por los profesionales médicos, y a fin de permitir el acceso a mayor cantidad de participantes. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	10-10-2023	15:48:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Rango dinámico de al menos 240 dB o superior. Para este punto se solicita la convocante aceptar rango dinámico mínimo 70 db, para tener mas oferentes en este llamado.	12-10-2023	10:39:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Por los distintos tipos de estudios ecográficos a realizar, se requiere un mínimo de rango dinámico de al menos 240 dB en adelante. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-10-2023	15:05:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sistema Operativo Windows 10. Para este punto se solicita a la convocante aceptar el sistema operativo linux. El sistema operativo esta detras de la aplicación, la aplicación debe cumplir con las especificaciones que se quiere incluso lo que es para transferencia DICOM,USB, ETC.	12-10-2023	10:41:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán sistemas operativos nativos de origen, según cada fabricante, de preferencia Windows 10. Remitirse a la Adenda.	18-10-2023	15:05:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3-13 MHz o superior. En este punto se solicita a la convocante aceptar con un rango de 4 - 19MHz. De alta calidad de imagen	12-10-2023	10:43:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.	18-10-2023	15:06:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 2,5 a 9 MHz o superior. En este punto se solicita a la convocante aclarar el tipo de transductor y la frecuencia, ya que esta dentro de la frecuencia del transdutor solicitado	12-10-2023	10:44:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.	18-10-2023	15:06:17
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICOM 3.0 con las siguientes licencias habilitadas: DICOM Breast. En este punto se solicita aceptar opcional la opción DICOM BREAST.	12-10-2023	10:45:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
DICOM Breast tiene relación con las plantillas que componen el informe de imágenes mamarias. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-10-2023	15:06:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 1 donde dice Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo solicitamos a la convocante la modificación de este ítem por Pantalla táctil de alta sensibilidad de 13 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo ya que una pantalla táctil de 13 pulgadas como mínimo generalmente se considera una pantalla lo suficientemente grande como para proporcionar una experiencia de uso cómoda y una buena visualización de la información adicional lo que contribuye a la eficiencia y precisión en la exploración.	12-10-2023	20:36:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.	18-10-2023	15:07:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 1 en donde dice Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 1 TB solicitamos a la convocante muy amablemente que el ítem sea modificado por Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 500 GB ya que un disco SSD de 500GB permite almacenar una gran cantidad de imágenes y datos de pacientes, lo que es crucial para mantener un registro completo y accesible de los estudios realizados. Además, un SSD ofrece ventajas en términos de velocidad de acceso y transferencia de datos en comparación con los discos duros convencionales, lo que puede agilizar la carga y el procesamiento de las imágenes	12-10-2023	20:39:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.	18-10-2023	15:07:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En dónde dice . 5 (Cinco) puertos activos como mínimo para conexión de transductores a futuro en paralelo solicitamos a la convocante la modificación de este ítem ya que la mayoría de los ecógrafos modulares cuentan con 4 (cuatro) puertos activos. Por lo cual sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera 4 (cuatro) puertos activos como mínimo para conexión de transductores a futuro en paralelo de esta forma se da apertura a la participación de potenciales oferentes además de fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguay.	12-10-2023	20:40:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.	18-10-2023	15:07:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas, sugerimos disminuir a 14 pulgadas como minimo para mayor participacion de oferentes, 1 pulgadas mas en tamano del touch no determina la calidad del equipo, lo importante es la utilidad que pueda tener	13-10-2023	08:42:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.	18-10-2023	15:07:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice rango dinamico de 240 db o superior , sugerimos agregar un rango minimo de 360 db o superior dado que por todas las opciones que se esta solicitando un rango minimo de 240 db, deja sin importancia la calidad de imagen que el equipo pueda dar, especialmente con la resolucion de imagen en pacientes obesos.	13-10-2023	08:44:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dicha especificación es acorde a la necesidad solicitada por los profesionales médicos, y a fin de permitir el acceso a mayor cantidad de participantes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-10-2023	15:08:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Batería incorporada con capacidad de 240 minutos, sugerimos disminuir a 70 minutos como mínimo de escaneo ya que el equipo siempre lleva también una ups de protección , para que este punto no sea eliminatorio y dar mayor participación a oferentes y aumentar el modo de espera a mas de 30 horas	13-10-2023	08:46:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita Batería incorporada al equipo con capacidad de 120 minutos para escaneo continuo, y 12 horas en modo de espera. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-10-2023	15:08:32
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice profundidad a 40 cm, solicitamos profundidad superior a 50 cm para que este acorde a la calidad del equipo solicitado, una profundidad inferior determina la calidad de penetración del haz de ultrasonido especialmente en pacientes obesos, población mayoritaria del Paraguay.		13-10-2023	08:47:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dicha especificación es acorde a la necesidad solicitada por los profesionales médicos, y a fin de permitir el acceso a mayor cantidad de participantes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:08:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice software para visualización internas y externas en una solo imagen de volumen, mediante intensidad gradiente y posición: sugerimos colocar la palabra con opción a futuro de este software ya que esta opción de imagen volumetrica se hace con un transductor volumetrico y en las especificaciones solo piden dos transductores lineales, no volumétricos.		13-10-2023	08:49:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Equipo debe ser capaz de soportar a futuro software para visualización internas y externas en una sola imagen de volumen, mediante intensidad, gradiente y posición. Por lo expuesto, se solicita al potencial Oferente ajustarse al PBC.		18-10-2023	15:09:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice herramienta de índice hepato renal para la evaluación de steatosis hepática, colocar con opción a futuro de herramienta de índice hepato renal, en las especificaciones no piden transductor convexo adecuado para este tipo de estudios.		13-10-2023	08:49:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El equipo será dedicado a estudios específicos donde se necesita alta productividad debido a la alta demanda de los servicios, motivo por el cual estas herramientas automáticas facilitan el trabajo del profesional médico y brindar mejor atención a los asegurados. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:09:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice 5 puertos para conexion de transductores, solicitamos que el minimo se reduzca a 4 transductores dado que estan solicitando 2 transductores y tambien para mayor participacion de oferentes.		13-10-2023	08:51:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		18-10-2023	15:09:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice 5 puertos para conexion de transductores, solicitamos que el minimo se reduzca a 4 transductores dado que estan solicitando 2 transductores y tambien para mayor participacion de oferentes.		13-10-2023	08:53:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		18-10-2023	15:10:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice puertos USB para conexion de perifericos al menos 6, sugerimos disminuir a 4 para mayor participacion de oferentes y para que este punto no sea eliminatorio.		13-10-2023	08:54:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		18-10-2023	15:10:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice al menos 40 millones canales de procesamiento, sugerimos que bajen a aproximadamente 5 millones como mínimo teniendo en cuenta que otros puntos mas importantes que definen la calidad de imagen como rango dinamico permiten desde un mínimo de 240db y este punto es mas una definición comercial que no puede definirse visualmente como para poder asegurar que realmente llegara a 40 millones, consideramos es marketing comercial para eliminar a otros posibles marcas.		13-10-2023	08:55:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El número de canales de procesamiento favorecen a los ecos emitidos y recibidos, cuanto mayor sea el número, mayor compromiso de la calidad de imagen. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:10:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan: Equipo de alta resolución con 4D e imagen realista, modular que se utiliza con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica en pacientes adultos, pediátricos y neonatales, favor aclarar si la licencia 4D e imagen realista debe estar instalada considerando que no solicitan el transductor correspondiente para utilizar esta función, solicitamos diga: Equipo de alta resolución, modular que se utiliza con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica en pacientes adultos, pediátricos y neonatales con posibilidad de agregar en el futuro licencia con 4D e imagen realista		13-10-2023	09:21:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		18-10-2023	15:11:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior Solicitamos diga Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 21" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado o panel de control con rotación de 180° o superior..		13-10-2023	09:21:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:11:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo. Solicitamos diga: Pantalla táctil de alta sensibilidad de 10 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo.		13-10-2023	09:22:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		18-10-2023	15:11:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Botones editables para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales Solicitamos diga: Que permita agregar Botones para fuciones como congelar, imprimir y/o algunas otras funciones especiales de manera a dar mayor participación a los oferentes Además considerando que generalmente estos equipos son utilizados por más de un usuario no es conveniente que las funciones puedan ser modificadas tan libremente ya que esto puede afectar el ritmo de trabajo de los profesionales al estar buscando las herramientas que fueron borradas o reemplazadas de ubicación, mas bien se recomienda que las herramientas esten ubicadas ordenadamente de acuerdo a las funciones que están siendo utilizadas.		13-10-2023	09:22:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Por mayor practicidad y productividad del profesional, requerimos estas funciones, las cuales la mayoría de marcas solventes con reconocida representación y comprobada calidad poseen. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:12:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Rango dinámico de al menos 240 dB o superior considerando que solicitan un equipo de calidad premium recomendamos solicitar al menos 300dB para asegurar una buena imagen		13-10-2023	09:23:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dicha especificación es acorde a la necesidad solicitada por los profesionales médicos, y a fin de permitir el acceso a mayor cantidad de participantes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:13:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan 5 (Cinco) puertos activos como mínimo para conexión de transductores a futuro en paralelo, considerando que solo solicitan dos transductores solicitamos permita ofertar equipos con 4 (cuatro) puertos activos como mínimo para conexión de transductores a futuro en paralelo, además permitirá mayor participación de oferentes lo que se traduce en beneficio para la institución		13-10-2023	09:23:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		18-10-2023	15:13:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan 5 (Cinco) puertos activos como mínimo para conexión de transductores a futuro en paralelo, considerando que solo solicitan dos transductores solicitamos permita ofertar equipos con 4 (cuatro) puertos activos como mínimo para conexión de transductores a futuro en paralelo, además permitirá mayor participación de oferentes lo que se traduce en beneficio para la institución		13-10-2023	09:29:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		18-10-2023	15:13:43
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Puertos USB para conexión de periféricos al menos 6, solicitamos diga Puertos USB para conexión de periféricos al menos 4 considerando que los que se utilizan normalmente son solo 2 (una para impresora térmica blanco y negro y la otra en caso que se necesite instalar una impresora color) el equipo ya cuenta con lector grabador de CD/DVD por lo que no requiere conectar otro periférico		13-10-2023	09:29:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		18-10-2023	15:14:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Al menos 40.000.000 de canales de procesamiento, solicitamos permita ofertar equipos con al menos 17.000.0000 de canales de procesamiento		13-10-2023	09:29:46
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El número de canales de procesamiento favorecen a los ecos emitidos y recibidos, cuanto mayor sea el número, mayor compromiso de la calidad de imagen. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:14:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Software de visualización tridimensional del flujo sanguíneo solicitamos que este punto sea opcional		13-10-2023	09:30:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Es necesaria la opción 3D, para evidenciar mejor las vascularizaciones de las distintas estructuras de tejidos y otros, herramienta fundamental para el profesional para un mejor diagnóstico. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:14:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Software de medición automática de tiroides, solicitamos diga Software de detección automática lesiones en tiroides		13-10-2023	09:31:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El equipo será dedicado a estudios específicos donde se necesita alta productividad debido a la alta demanda de los servicios, motivo por el cual estas herramientas automáticas facilitan el trabajo del profesional médico. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:14:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde sice Software de medición automática de mamas, solicitamos diga Software de detección automática de lesiones en mamas		13-10-2023	09:32:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El equipo será dedicado a estudios específicos donde se necesita alta productividad debido a la alta demanda de los servicios, motivo por el cual estas herramientas automáticas facilitan el trabajo del profesional médico. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:15:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Herramienta de índice hepatorenal para la evaluación de la esteatosis hepática, solicitamos que este punto sea opcional		13-10-2023	09:33:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El equipo será dedicado a estudios específicos donde se necesita alta productividad debido a la alta demanda de los servicios, motivo por el cual estas herramientas automáticas facilitan el trabajo del profesional médico. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:15:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Software para transferencia de Imagen y clips a dispositivos móviles solicitamos que este punto sea opcional		13-10-2023	09:33:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Al solicitar un equipo con altos requerimientos, la mayoría de los equipos en el mercado cumplen con dicha función. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:16:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3-13 MHz o superior, solicitamos diga 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 4-13 MHz o superior		13-10-2023	09:34:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		18-10-2023	15:16:25

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 2,5 a 9 MHz o superior, solicitamos 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3 a 9 MHz o superior		13-10-2023	09:34:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		18-10-2023	15:16:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior, Solicitamos diga Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 80° o superior y que alcance los 180° con la rotación del panel de control para dar mayor participación a los oferentes sin disminuir la capacidad		13-10-2023	11:59:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:16:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Al menos 40.000.000 de canales de procesamiento, para dar mayor participación a los oferentes, solicitamos permita ofertar equipos con al menos 8.000.0000 de canales de procesamiento		13-10-2023	12:01:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El número de canales de procesamiento favorecen a los ecos emitidos y recibidos, cuanto mayor sea el número, mayor compromiso de la calidad de imagen. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:17:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior. Se sugiere que el brazo articulado admita una rotación desde 90 grados ya que esto no es un impedimento que interfiera con el diagnostico medico.		13-10-2023	14:11:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:17:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo. Que se permita ofertar pantalla táctil desde 10 pulgadas a los efectos de contar con mayor participación y no dirigir al equipo Resona I9 de Mindray		13-10-2023	14:15:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		18-10-2023	15:18:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
5 (Cinco) puertos activos como mínimo para conexión de transductores a futuro en paralelo. Admitir equipos desde 4 puertos activos y uno ciego. Y permitir mayor cantidad de ofertas. y no direccionar al Resona I9 de Mindray		13-10-2023	14:16:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		18-10-2023	15:18:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Puertos USB para conexión de periféricos al menos 6. Admitir equipos desde 4 puertos USB		13-10-2023	14:17:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda.		18-10-2023	15:18:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ref. al Sistema Velcro, solicitamos poder cotizar sin este sistema ya que no representa un cambio de funcionalidad o calidad y dara mayor amplitud a los oferentes.		13-10-2023	14:47:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Tapizado en Cuerina con sistema velcro en el respaldo para una rápida y fácil remoción para su desinfección. Para dar seguridad en bioseguridad al paciente. Las especificaciones técnicas establecidas cumplen con las necesidades del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-10-2023	15:19:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Caja de conexión integrada para optimizar el espacio dentro del consultorio, solicitamos poder cotizar con la opcion de caja de conexion externa.	13-10-2023	14:48:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Caja de conexión integrada para optimizar el espacio dentro del consultorio. Las especificaciones técnicas establecidas cumplen con las necesidades del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-10-2023	15:19:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la caja de conexiones debera tener indicadores de presion y filtros de aire y agua?	13-10-2023	14:49:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La caja de conexiones ya viene con indicación correspondiente de las diferentes conexiones además será instalado con personal técnico capacitado. Las especificaciones técnicas establecidas cumplen con las necesidades del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-10-2023	15:20:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Soliitamos cotizar con encedido del reflector desde la unidad o con sensor en el reflector. Asi dar mayor amplitud a los oferentes para participar.	13-10-2023	14:50:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Pedal de mando acoplado por el sillón accionamiento del reflector. Las especificaciones técnicas establecidas cumplen con las necesidades del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-10-2023	15:20:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El sillon debera tener 2 suctores con termiales de aluminio con llaves paso? esto dara mayor utilidad y durabilidad.	13-10-2023	14:51:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sillon Unidad de Agua - Composición:1 suctor aire saliva (Sistema Venturi). Las especificaciones técnicas establecidas cumplen con las necesidades del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-10-2023	15:20:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Caja de conexión integrada para optimizar el espacio dentro del consultorio.. podemos cotizar sin el sensor pero con un interruptor en la platina, no cambia la funcionalidad.	13-10-2023	14:52:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Caja de conexión integrada para optimizar el espacio dentro del consultorio. Las especificaciones técnicas establecidas cumplen con las necesidades del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-10-2023	15:21:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cabeza en material resistente, con 620° de rotación de la cabeza-- se refiere a una caracterisca de una sola marca, lo cual limita la presentacion. solicitamos cotizar con reflectores con 2 colores de iluminacion, blanco y naranja, con giros en orizonal y axial.	13-10-2023	14:54:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas establecidas cumplen con las necesidades del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-10-2023	15:21:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El taburete debera ser con la base de acero inox y ruedas de silicona y respaldo lumbar ancho, asi dar mayor durabilidad a la banqueta ya que es muy utilizado por el profesional.	13-10-2023	14:55:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas establecidas cumplen con las necesidades del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-10-2023	15:22:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Con Sistema de conexión a una nube para permitir el monitoreo remoto de todo el proceso de esterilización. Esta característica es una que excluye a las demas ofertas pues una característica unica de una marca especifica. solicitamos cotizar sin esta funcionalidad.		13-10-2023	14:57:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas establecidas cumplen con las necesidades del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:22:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Registro de Ciclos: El registro de los ciclos posee un gráfico con el monitoreo completo de tiempo, temperatura y presión que puede ser accedido remotamente de cualquier parte del mundo. solicitamos cotizar sin esta funcionalidad ya que es muy especifica para una marca exclusivamente.		13-10-2023	14:58:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas establecidas cumplen con las necesidades del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:22:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
3 Programas de esterilización. Tanque de acero inoxidable. pantalla LCD. solicitamos cotizar con 2 programas de esterilizacion, ya que es un padron internacional.		13-10-2023	14:59:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas establecidas cumplen con las necesidades del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:23:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Debera tener algun respuesto adicional como filtros de aire y agua o jeringas Triple?		13-10-2023	15:00:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas establecidas cumplen con las necesidades del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-10-2023	15:23:30

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DEZETA S.A - RUC: 80019208-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508006254	Póliza	El Sol del Paraguay Cia. de Seguros y Reaseguros	25-10-2023	25-10-2023	22-02-2024
Oferente: DENTAL GUARANI SA - RUC: 80025640-9			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508008608	Póliza	PATRIA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	12-10-2023	18-10-2023	04-06-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42201718-001	Ecografo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DEZETA S.A - 80019208-7	Mindray	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. LTD.	Resona i9	China	Ecografo	795.000.000	795.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42151705-001	Set de Equipos odontologicos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	D700	Alliage sa industria medica odontologica	D700 AIR	Brasil	set equipos odontologicos	65.000.000	65.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
3	41111508-9999	Balanza Portatil del peso corporal				15	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
4	41112301-001	Termohigrometro				39	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Ecografo				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DEZETA S.A - 80019208-7	649.857.000	17-11-2023	08:21:08.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d79eaec7c849e3ac2ab15c8ea59a893b	
DEZETA S.A - 80019208-7	690.000.000	17-11-2023	08:20:09.959	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d060cac82a4267372fc93c3e4da7b428	
DEZETA S.A - 80019208-7	795.000.000	17-11-2023	08:08:55.559	Propuesta
		Código Verificador:	9b519b441162808a81bfcc5fdc4c57f2	

2 - Set de Equipos odontologicos				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	65.000.000	17-11-2023	08:08:55.600	Propuesta
		Código Verificador:	e6b13b964e8aa192a0d40d3750300a0b	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Ecografo	
Oferente	Mejor Precio
DEZETA S.A - 80019208-7	649.857.000

2 - Set de Equipos odontologicos	
Oferente	Mejor Precio
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	65.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80019208-7 - DEZETA S.A	
Item	Precio Ganador
1 - Ecografo	649.857.000

Proveedor: 80025640-9 - DENTAL GUARANI SA	
Item	Precio Ganador
2 - Set de Equipos odontologicos	65.000.000

Listado de Mensajes

1 - Ecografo		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-11-2023	08:10:22.069
Buenos días, comenzamos la Subasta.	17-11-2023	08:10:53.908
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-11-2023	08:12:40.242
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-11-2023	08:12:57.635
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-11-2023	08:18:57.761
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-11-2023	08:24:24.824
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-11-2023	08:24:24.875

2 - Set de Equipos odontologicos		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-11-2023	08:25:48.756
Continuamos con la Subasta.	17-11-2023	08:27:19.140
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-11-2023	08:35:11.952
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-11-2023	08:40:58.899
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-11-2023	08:46:59.133
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-11-2023	08:52:13.147
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-11-2023	08:52:13.208

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.