EVALUACIÓN TÉCNICA LPN N° 93/2020. ID N° 387.336

"Adquisición de equipos médicos para las diferentes dependencias del INCAN"

ÍTEM 1: AGITADOR DE PLACAS

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **Firma: GT SCIENTIFIC S. A.**

AGITADOR DE PLACAS	
Datos Generales	
Descripción: Dispositivo electrónico diseñado para mezclar líquidos en laboratorios de análisis clínicos.	
Datos proveídos por el oferente	
Marca:	NAHITA BLUE/ AUXILAB
Modelo:	NA
Origen:	ESPAÑA
Normativas	**Cumple / No Cumple**
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo de equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.
Características	
Movimiento orbital	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Tamaño de orbita: 20 mm o mejor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Ajustes de velocidad y tiempo	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Rango de velocidad: Inicio a 250 rpm o rango mayor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Temporizador con apagado automático.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Carga máxima: 2,5kg o más.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Tamaño completo: 26 x 27 x 7 mm como mínimo	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Plataforma con goma antideslizante	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Otros requerimientos	
Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO

Cynthia R. Cristaldo
Abogada
Mat. C.S.J. N° 4[illegible]

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 1: La oferta presenta por la firma **GT SCIENTIFIC S.A. CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, sin embargo; **SE PROCEDE A DESESTIMAR LA OFERTA** ya que excede el precio referencial

ÍTEM 2: BALANZA ANALÍTICA

CONCLUSIÓN 2: El ítem no presenta ofertas por lo que queda ***DESIERTO***

ÍTEM 3: CINTA ELÁSTICA PARA EJERCICIO DE RESISTENCIA

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **Firma: ARGON SRL**

BANDAS DE RESISTENCIA				
Datos Generales				
Descripción: Bandas para ejercicios de resistencia y rehabilitación				
Datos proveídos por el oferente	**Cumple / No Cumple**			
Marca:	CARCI			
Modelo:	NA			
Origen:	BRASIL			
Normativas				
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.			
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo de equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.			

Cynthia R. Cristaldo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Características	
Prácticas, ligeras y fácil de usar	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Adecuada para ejercicios de fortalecimiento de miembros superiores e inferiores	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
No tóxico	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Composición el juego	
Banda de resistencia débil. Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Banda de resistencia leve. Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Banda de resistencia media. Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Banda de resistencia fuerte. Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Incluir un tirador de banda	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO

CONCLUSIÓN 3: La oferta presenta por la firma **ARGON SRL CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 4: BAÑO MARÍA PARA LABORATORIO

Se procede a verificar la PRIMERA mejor oferta presentada. **Firma: ARGON SRL**

BAÑO MARÍA			
Datos Generales			
Descripción: Dispositivo diseñado para uso en laboratorios con el fin de mantener una temperatura uniforme en una sustancia líquida o sólida.			
Datos proveídos por el oferente			
Marca:	GEMMY		
Modelo:	YCW-04M		
Origen:	TAIWAN		
Normativas	**Cumple / No Cumple**		
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.		
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo de equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.		
Características			

Cynthia R. Cris.
Abogada
Mat. C.S.J. N°

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Interior en aluminio recubierto en teflón, o policarbonato, o similar.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Exterior recubierto en epoxi.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Regulación de temperatura desde la temperatura ambiente hasta 80° o mayor.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Precisión de ±1° o mejor.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Volumen de 10 litros o mayor.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Interior sin esquinas o interior con esquinas redondeadas.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Otros requerimientos	
Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 4: La oferta presenta por la firma **ARGON SRL CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 5: BRONCOFIBROSCOPIO ADULTO

Se procede a verificar la PRIMERA mejor oferta. **FIRMA: SALUMAX SA**

BRONCOFIBROSCOPIO ADULTO	
Datos Generales	
Descripción: Equipo diseñado para el tratamiento de deficiencias respiratorias agudas y exploraciones rutinarias, así como para realizar biopsias pulmonares peribronquiales	
Datos proveídos por el oferente	
Marca:	HUGEMED
Modelo:	M52

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Origen:	CHINA
Normativas	**Cumple / No cumple**
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA.
Características técnicas	
Broncoscopio flexible, con las siguientes características:	
Completamente sumergible en agua y desinfectante	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Campo de visión de 110º (+/-10º)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Angulación hacia arriba de 180º (+-10º)	SEGÚN NOTA PRESENTADA EN FECHA 10 DE MARZO DEL 2021. EL OFERENTE SEÑALA EN EL FOLIO 6 160° ARRIBA, **NO CUMPLE**
Angulación hacia abajo debajo de 100º a 130°	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Tubo de inserción con diámetro exterior de 4,8 mm a 5,2 mm (+/-2mm)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Diámetro interior del canal del trabajo: 2.0 a 2.5mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Longitud útil del tubo de inserción: 520 a 600mm	SEGÚN NOTA PRESENTADA EN FECHA 10 DE MARZO DEL 2021. EL OFERENTE SEÑALA EN EL FOLIO 6 650mm **NO CUMPLE**
Longitud total: 92cm o menor	**NO SE COMPRUEBA CUMPLIMIENTO**
Accesorios que debe incluir:	
Téster de Estanqueidad. Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Tapón compensador de presión. Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, PROVEERÁ
Maletín de transporte. Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, PROVEERÁ
Protector dental. Cantidad: 4 (cuatro)	CUMPLE, PROVEERÁ
Pinzas para biopsia. De copa grande con diente de ratón. Cantidad: Descartables: 30 (treinta) ó Reutilizables: 5 (cinco)	CUMPLE, PROVEERÁ
Pinzas de agarre. Cantidad: Descartables: 30 (treinta) ó Reutilizables: 5 (cinco)	CUMPLE, PROVEERÁ
Cepillo de limpieza, flexible. Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, PROVEERÁ
Electrodo de botón, flexible. Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, PROVEERÁ

Cynthia R. Cristaldo A.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Cepillo, para citología, con mango y tubo exterior. Cantidad: 10 (diez)	CUMPLE, PROVEERÁ
Catéter de aspiración, 4,5 Charr., longitud 100 cm.con pieza de acople Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, PROVEERÁ
Catéter, 5 Charr. Cantidad: 10 (diez)	CUMPLE, PROVEERÁ
Fuente de luz fría, portátil LED	
Fuente de luz a pilas, para endoscopios	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Rosca rápida	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Luminosidad no menor a 100Klx	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Debe incluir pilas del tipo adecuado para la fuente de luz cotizada. Cantidad: 10 (diez)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Otros requerimientos	
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

La empresa **SALUMAX SA** **NO CUMPLE** con los requerimientos técnicos, se procede a verificar la SEGUNDA mejor oferta.

FIRMA: ALBATROS SACI

BRONCOFIBROSCOPIO ADULTO				
Datos Generales				
Descripción: Equipo diseñado para el tratamiento de deficiencias respiratorias agudas y exploraciones rutinarias, así como para realizar biopsias pulmonares peribronquiales				
Datos proveídos por el oferente				
Marca:	KARL STORZ			
Modelo:	11001BN1			
Origen:	ALEMANIA			
Normativas	**Cumple / No cumple**			

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA.
Características técnicas	
Broncoscopio flexible, con las siguientes características:	
Completamente sumergible en agua y desinfectante	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Campo de visión de 110° (+/-10°)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Angulación hacia arriba de 180° (+-10°)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Angulación hacia abajo de 100° a 130°	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Tubo de inserción con diámetro exterior de 4,8 mm a 5,2 mm (+/-2mm)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Diámetro interior del canal del trabajo: 2.0 a 2.5mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Longitud útil del tubo de inserción: 520 a 600mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Longitud total: 92cm o menor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios que debe incluir:	
Téster de Estanqueidad. Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Tapón compensador de presión. Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, PROVEERÁ
Maletín de transporte. Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, PROVEERÁ
Protector dental. Cantidad: 4 (cuatro)	CUMPLE, PROVEERÁ
Pinzas para biopsia. De copa grande con diente de ratón. Cantidad: Descartables: 30 (treinta) ó Reutilizables: 5 (cinco)	CUMPLE, PROVEERÁ
Pinzas de agarre. Cantidad: Descartables: 30 (treinta) ó Reutilizables: 5 (cinco)	CUMPLE, PROVEERÁ
Cepillo de limpieza, flexible. Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, PROVEERÁ
Electrodo de botón, flexible. Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, PROVEERÁ
Cepillo, para citología, con mango y tubo exterior. Cantidad: 10 (diez)	CUMPLE, PROVEERÁ
Catéter de aspiración, 4,5 Charr., longitud 100 cm. con pieza de acople Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, PROVEERÁ
Catéter, 5 Charr. Cantidad: 10 (diez)	CUMPLE, PROVEERÁ
Fuente de luz fría, portátil LED	
Fuente de luz a pilas, para endoscopios	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Rosca rápida	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Luminosidad no menor a 100Klx	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO

Cynthia R. Cristaldo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.25[illegible]

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Debe incluir pilas del tipo adecuado para la fuente de luz cotizada. Cantidad: 10 (diez)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Otros requerimientos	
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés.Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 5: La firma **ALBATROS S.A.C.I. CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 6: VIDEO COLPOSCOPIO

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **Firma: ARGON SRL** (Representante exclusiva de la marca)

VIDEO COLPOSCOPIO				
Datos Generales				
Descripción: Cámara para Colposcopio existente en Servicio de Patología Cervical del INCAN				
Datos proveídos por el oferente				
Marca:	DFV			
Modelo:	CÁMARA HD			
Origen:	BRASIL			
Criterios de Evaluación				
Normativas	**Cumple / No cumple**			
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.			
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo de equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.			
Características				

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Cámara de Video HD	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Adaptador para cámara FULL HD	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Divisor de imagen 50/50	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Fuente de Alimentación para la cámara: 220 V/50 Hz	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios	
El oferente deberá proveer todos los accesorios que no hayan sido mencionados en estas características para el buen funcionamiento del equipo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar la instalación	CUMPLE, PROVEERÁ
Otros requerimientos	
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 6: La oferta de la firma **ARGÓN SRL (representante de la marca) CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, sin embargo; **SE PROCEDE A DESESTIMAR LA OFERTA** ya que excede el precio referencial

ÍTEM 7: CAMA TERAPÉUTICA

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **Firma: ARGON SRL**

CAMASTRO	
Datos Generales	
Descripción: Plataforma de fisioterapia	
Datos proveídos por el oferente	
Marca:	CARCI
Modelo:	1227
Origen:	BRASIL

Cynthia R. Crisaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Criterios de Evaluación	
Normativas	**Cumple / No cumple**
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento deberá estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA.
Características	
Estructura de madera barnizada	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Cama tapizada de espuma de alta densidad y forro de cuerina	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Medidas: 2.00 x 1.60 (o mayor) x 0.50	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO

CONCLUSIÓN 7: La oferta de la firma ARGÓN S.R.L. **CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 8: CAMILLA CON RUEDAS

Se procede a verificar la PRIMERA mejor oferta presenta. **Firma: ALTAS TECNOLOGÍAS SA**

CAMILLA DE TRASLADO	
Datos Generales	
Descripción: Camilla hidráulica/neumática rodante para el transporte seguro del paciente.	
Datos proveídos por el oferente	
Marca:	MESPA
Modelo:	VELO ADVANCE
Origen:	TURQUIA
Criterios de Evaluación	
Normativas	**Cumple / No cumple**
Certificaciones de calidad: FDA, CE o JIS, al menos una de ellas. Dicho documento deberá estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA.
Certificado de fabricación: ISO 13485. Dicho documento deberá estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA.
Características	
Superficie de la camilla rígida	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Dos columnas verticales de elevación	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Carga de trabajo segura 220 kg. Como mínimo	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Ruedas	
Ruedas antiestáticas o conductivas	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
De 15 cm como mínimo	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Con tres posiciones: freno, dirección y libre	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Con control para pie al menos en ambos extremos de la camilla.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Barandales	
Con tres posiciones: freno, dirección y libre	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Dimensiones de la cama	
Largo 2000 mm mínimo	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Ancho 700 mm mínimo	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Superficie del paciente	
Largo 1900 mm mínimo	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Ancho 600 mm mínimo	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Colchón	
Espesor mínimo de 6 cm.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Antiestático, recubierto de material lavable, repelente a líquidos y retardante al fuego	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Dimensiones acorde al modelo	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Posiciones	
Trendelenburg de 12° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Trendelenburg inverso de 12° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Sección de espalda o Fowler que cubra el rango de 0 a 65° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Altura regulable hidráulicamente mediante pedal:	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Altura máxima: 85cm o más.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Altura mínima: 70 cm o menos.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios (por cada equipo)	
Encaje para porta sueros; con provisión de1 (un) portasuero de 2 ganchos	CUMPLE, PROVEERÁ
Cinturones de sujeción para el paciente. Al menos 2(dos)	CUMPLE, PROVEERÁ
Un soporte para botella de oxígeno, localizado en parte superior o inferior de la camilla	CUMPLE, PROVEERÁ

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

CONCLUSIÓN 8: La oferta de la firma **ALTAS TECNOLOGÍAS SA CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 9: CAMILLA FIJA

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **Firma: ARGON SRL**

CAMILLA CON ORIFICIO	
Datos Generales	**Cumple / No cumple**
Descripción: Camilla para uso en Fisioterapia	
Datos Proveídos por el oferente	
Marca:	ESTRELLA
Modelo:	CM - 01
Origen:	PARAGUAY
Criterios de evaluación	
Normativas	
Certificado de Normas de calidad especificas FDA, CE, NORMAS DEL MERCOSUR o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca ofertada. Para caso de productos de fabricación Nacional se podrán ofertar equipos con registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio.	CUMPLE, PRESENTA.
Características Generales	
Estructura metálica de acero inoxidable o cromado o acabado esmaltado.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Colchoneta: Acolchado de espuma de alta densidad, recubierto con cuerina o similar.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Fácilmente lavable y desinfectable.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Colchoneta de al menos 5 cm de espesor.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Con orificio para el apoyo del rostro	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Medidas de la camilla dentro de los siguientes rangos: Ancho: 60 a 80 cm. Largo: 180 a 210 cm Alto: 60 a 70 cm.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

CONCLUSIÓN 9: La oferta de la firma **ARGÓN SRL CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 10: EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **Firma: ARGON SRL**

CAMPOS MAGNÉTICOS	
Datos Generales	
Descripción: Dispositivo biomédico diseñado para generar campos magnéticos con fines terapéuticos.	
Datos proveídos por el oferente	
Marca:	MEDITEA
Modelo:	MAGNETHERP 440
Origen:	ARGENTINA
Criterios de Evaluación	
Normativas	**Cumple / No cumple**
Certificado de Normas de calidad especificas FDA, CE, o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca ofertada.	CUMPLE, PRESENTA.
Certificado de Normas de calidad general ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA.
Características Generales	
Circuito digitalizado, con 4 salidas de actuación.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Posibilidad de trabajar hasta 200 Gauss o más en emisión continua o pulsante.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Protección contra cortocircuito.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Impulsos magnéticos definidos por el usuario	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Características técnicas	
Pantalla LCD, o tecnología similar, que informa secuencialmente las actividades programadas y tiempos.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Teclado o pantalla táctil que permite programar las diversas opciones terapéuticas mediante un menú.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
5 (cinco) o más programas de tratamientos preestablecidos.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios	

Cynthia R. Cristaldo
Abogada
Mat. C.S.J. N° 45.29

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

2 (dos) bobinas envolventes (túnel).	CUMPLE, PROVEERÁ
2 (dos) Bobinas planas o discos.	CUMPLE, PROVEERÁ
Otros requerimientos	
Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 10: La oferta de la firma **ARGON SRL CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 11: CARRO DE PARO

Se procede a verificar la PRIMERA mejor oferta presentada. **Firma: ALTAS TECNOLOGÍAS SA**

CARRO DE PARO	
Datos Generales	
Descripción: Carro de paro con soporte para gotero y cajones para procedimientos de reanimación en UTI.	
Datos Proveídos por el oferente	
Marca:	ARI MEDICAL
Modelo:	ET850
Origen:	CHINA
Criterios de Evaluación	
Normativas	**Cumple / No cumple**
Certificado de Normas de calidad especificas FDA, CE, o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca ofertada.	CUMPLE, PRESENTA.

Cynthia R. Orlando R.
Abogacía
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Kecalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Certificado de Normas de calidad generales ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA.
Características Generales	
Estructura en acero inoxidable AISI 304 o superior y/o en polímero de alta densidad	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Acabado liso en la totalidad del mueble, sin aristas vivas, hendiduras, estrías o zonas inaccesibles para limpieza manual.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Dos (02) cajones como mínimo. Al menos 1 (uno) de ellos con separaciones plásticas internas.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Soporte para balón de oxígeno de 3 litros.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Un (01) balón de oxígeno de 3 litros como mínimo con regulador de presión.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Conexión para equipos con cable de tres (03) metros y dos (02) tomas tipo Schuko como mínimo, con soporte para cable.	CUMPLE, SEGÚN NOTA CON FECHA 16/07/2021
Paragolpes que alrededor del carro	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Soporte y bandeja para colocación del desfibrilador	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Atril portasueros con elevación graduable	CUMPLE, SEGÚN NOTA CON FECHA 16/07/2021
Sistema de cierre que evite apertura de cajones y gabinete, para transporte.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Cuatro (04) ruedas antiestáticas de 3" de diámetro como mínimo, dos (02) con freno de pie.	CUMPLE, SEGÚN NOTA CON FECHA 16/07/2021
Dimensiones aproximadas: Altura 80 cm incluyendo ruedas, Ancho 60 cm, Profundidad 48 cm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Cesto porta basura lateral removible.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Manija superior para transporte.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Tabla para reanimación y masaje cardiaco.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Medidas de la tabla adecuada a las dimensiones del carro.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO

CONCLUSIÓN 11: La oferta de la firma **ALTAS TECNOLOGÍAS SA CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 12: VIDEOCOLONOSCOPIO

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **Firma: SALUMAX S.A.** (Representante exclusiva de la marca)

VIDEOCOLONOSCOPIO ADULTO

Cynthia R. [illegible] R.
Ma[illegible] 4

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Datos Generales	
Descripción: Videocolonoscopio adulto compatible con procesadores existentes hoy en el servicio de Endoscopio del INCAN	
Datos proveídos por el oferente	
Marca:	FUJIFILM / FUJINON
Modelo:	G5
Origen:	JAPÓN
Criterios de Evaluación	
Normativas	**Cumple / No cumple**
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo de equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.
Características	
CCD de alta resolución y con CROMOSCOPIA ELECTRÓNICA	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Campo de visión: 140° (visión frontal)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Profundidad de campo: 3mm a 100mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior entre 12,8 mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Diámetro interior del canal de instrumentos: 3,8 mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Angulaciones:	
Hacia arriba: 180°	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Hacia abajo: 180°	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Hacia la derecha: 160°	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Hacia la izquierda: 160°	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Longitud total del tubo de inserción: 1.900 mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Longitud útil de inserción: 1.690 mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Botones para control remoto, programables para: congelamiento, descongelamiento y/o foto	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios	
Maletín para transporte del endoscopio	CUMPLE, PROVEERÁ
Otros requerimientos	
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo	CUMPLE, PROVEERÁ

Cynthia R. C[illegible]lo R.
Abog[illegible]
Mat. [illegible]54

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

durante dicho periodo	
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 12: La oferta de la firma **SALUMAX SA (representante de la marca) CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 13: CRIOSTÁTO AUTOMÁTICO

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **Firma: GT SCIENTIFIC S. A.**

CRIOSTATO				
Datos Generales				
Descripción: Dispositivo diseñado para realización de cortes por congelación de tejidos para diagnóstico intraoperatorio.				
Datos proveídos por el oferente				
Marca:	LEICA BIOSYSTEMS			
Modelo:	NA			
Origen:	ALEMANIA / USA			
Criterios de Evaluación				
Normativas	**Cumple / No cumple**			
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.			
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo de equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.			
Características				
Equipo diseñado con micrótomo rotatorio libre de mantenimiento, incorporado en una cápsula protectora a prueba de salpicaduras, derrames y la suciedad generada por los residuos.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Gabinete interior hecho de acero inoxidable para facilitar la limpieza y desinfección	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Plataforma con soporte de hasta 10 placas equipada con sistema activo de refrigeración, radiador y unidad	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

"Peltier" para generar una rápida ultra congelación de muestras hasta – 65°C.	
Cámara interna con sistema de refrigeración que le permite alcanzar temperaturas de hasta – 35°C (dependiendo de la temperatura ambiente) para realizar los cortes y/o secciones de tejidos congelados.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Panel digital LCD de visualización y configuración de las funciones principales: Fecha, hora, minuto, la temperatura interna de la cámara y la placa Peltier, horarios actuales y de descongelación en modo automático y manual, horario de inicio, espesor del corte, control de velocidad de avance y retroceso de la muestra, sistema de desinfección de la unidad, Stand-by etc.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Volante lateral con sistema de seguridad y colector de residuos	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Soporte de cuchilla "Anti -Roll " que permita cortes secuenciales y precisos.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Sección de corte continuo y regulable de 1 a 60 micras.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Función de descongelación manual para la cámara y el bloque de congelación.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Sistema de ruedas para una sencilla movilización del equipo.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Sistema de desinfección mediante luz UV	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Idioma de paneles: Español o Inglés con su correspondiente pictografía.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Otros requerimientos	
Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
UPS acorde al consumo del equipo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 13: La oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A. CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 14: CUÑA TERAPÉUTICA PARA REHABILITACIÓN

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Reculde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **Firma: ARGON S. R. L.**

CUÑAS GRANDES				
Datos Generales				
Descripción: Cuña de espuma para rehabilitación y fisioterapia				
Datos proveídos por el oferente				
Marca:	CARCI			
Modelo:	GRANDE			
Origen:	BRASIL			
Criterios de Evaluación				
Normativas	**Cumple / No cumple**			
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.			
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo de equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.			
Características técnicas				
Cuña de espuma para soporte o posicionamiento de la cabeza y/o la extremidad inferior durante las terapias	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Hecho de espuma de alta calidad	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Recubrimiento de cuerina	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Tamaño 50x50x30 cm o mejor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			

CONCLUSIÓN 14: La oferta de la firma **ARGÓN S.R.L. CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 15: CUÑA TERAPÉUTICA PARA REHABILITACIÓN

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **Firma: ARGON S. R. L.**

CUÑAS MEDIANAS				
Datos Generales				
Descripción: Cuña de espuma para rehabilitación y fisioterapia				
Datos proveídos por el oferente				

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Marca:	CARCI
Modelo:	MEDIANO
Origen:	BRASIL
Criterios de Evaluación	
Normativas	**Cumple / No cumple**
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo de equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA.
Características técnicas	
Cuña de espuma para soporte o posicionamiento de la cabeza y/o la extremidad inferior durante las terapias	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Hecho de espuma de alta calidad	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Recubrimiento de cuerina	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Tamaño 50x50x15 cm o mejor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO

CONCLUSIÓN 15: La oferta de la firma **ARGÓN S.R.L. CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 16: CITOCENTRIFUGADORA

CONCLUSIÓN 16: El ítem no presenta ofertas por lo que queda ***DESIERTA***

ÍTEM 17: DERMATOMO ELÉCTRICO PORTÁTIL / INHALAMBRICO

Se procede a verificar la PRIMERA mejor oferta presentada. **Firma: ARGON SRL**

DERMATOMO ELÉCTRICO	
Datos Generales	
Descripción: Dermatomo eléctrico y a batería.-	
Datos Proveídos por el oferente	
Marca:	AYGUN
Modelo:	M10-100

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Origen:	TURQUIA
Criterios a Evaluación	
Normativas	**Cumple / No cumple**
Certificado de Normas de calidad especificas FDA, CE, o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca ofertada.-	CUMPLE, PRESENTA.
Certificado de Normas de calidad generales ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado.-	CUMPLE, PRESENTA.
Características	
Autoclavable, a excepción del motor y batería.-	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
De 6.500 rpm como mínimo.-	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Capacidad de ajustar el ancho de corte desde 10 mm (+/-1mm) a 80 mm (+/-2mm).-	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Espesor de injerto de 0,2 mm (+- 0,1 mm) a al menos 0,9 mm (+- 0,1 mm). Ajustable en incrementos de 0,1 mm.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Con sistema de fijación que evite un cambio accidental del espesor del injerto durante el corte.-	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Peso: no mayor a 2.000 g.-	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Modos de uso: Con Cable de alimentación para uso directo con cable; y Para uso a batería, sin cables.-	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Batería:	
Cargador de batería, con alimentación 220 V AC ± 10% / 50 Hz con toma tipo schuko.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Fuente de alimentación y cargador para 2 baterías. Peso aproximado: 3000 a 4000 o menor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Caja:	
Caja para esterilización de las piezas que lo permiten.-	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Tapa fenestrada.-	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Cubeta no fenestrada.-	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Cesta fenestrada de acero inoxidable (con tapa).-	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios	
Soporte de accesorios.-	CUMPLE, PROVEERÁ
Aceite en aerosol.-	CUMPLE, PROVEERÁ
Al menos 1.000 cuchillas de acero inoxidable, desechables, estériles.-	CUMPLE, PROVEERÁ
Otros requerimientos	

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés.Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 17: La oferta de la firma **ARGON SRL.CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 18: ELECTROANALGESIA TENS

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **Firma: ARGON S. R. L.**

ELECTROANALGESIA TENS	
Datos Generales	
Descripción: Equipo electroestimulador para analgesia de uso en fisioterapia	
Datos proveídos por el oferente	
Marca:	MEDITEA
Modelo:	TENS BICANAL
Origen:	ARGENTINA
Criterios de Evaluación	
Normativas	**Cumple / No cumple**
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA
Características	
Circuito digital	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Con 2 canales independientes de salida como mínimo.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 48.254

Ing. Ma. Raquel Reculde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Canal 1 para Analgesia con escala de 20 Hz a 200 Hz (ondas por segundo)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Control central de doble propósito que seleccione la frecuencia óptima para cada caso específico, tanto en analgesia como en electroestimulación	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Modalidades de trabajo: Burst, continuo o modulado	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Frecuencia de pulso entre 25 Hz y 200 Hz o más	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Estimulación por voltaje de 0 a 80 V o mejor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Ancho de pulso entre 60 a 1000 µs (1ms)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios	
Dos cables para paciente.	CUMPLE, PROVEERÁ
Ocho electrodos reusables.	CUMPLE, PROVEERÁ
Cuatro bandas de sujeción	CUMPLE, PROVEERÁ
Gel conductor o esponjas de acuerdo a la cantidad de electrodos.	CUMPLE, PROVEERÁ
Otros requerimientos	
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés.Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 18: La oferta de la firma **ARGÓN S.R.L. CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 19: ENDOSCOPIO

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **Firma: ALBATROS S.A.C.I.**

ENDOSCOPIO
Datos Generales
Descripción general: Endoscopio nasal

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Datos proveídos por el oferente	
Marca:	KARL STORZ
Modelo:	7230BWA
Origen:	ALEMANIA
Criterios de Evaluación	
Normativas	**Cumple / No cumple**
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA
Características	
Óptica de visión foroblicua panorámica 30°	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Longitud 18 mm (±1cm)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Diámetro de 4 mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Esterilizable en autocalve	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Con conductor de luz de fibra óptica incorporado	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Angulo de visión:30°	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios	
Canastilla de esterilización	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 19: La oferta de la firma **ALBATROS S.A.C.I. CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 20: ESPIRÓMETRO

CONCLUSIÓN 20: El ítem no presenta ofertas por lo que queda ***DESIERTO***

ÍTEM 21: FIBROSCOPIO

Se procede a verificar la PRIMERA mejor oferta presentada. **Firma: ALBATROS SACI**

FIBROSCOPIO

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J.N° 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Datos Generales	
Descripción general: Fibroscopio de intubación traqueal diseñado para uso en pacientes con vías respiratorias pequeñas	
Datos proveídos por el oferente	
Marca:	KARL STORZ
Modelo:	FIBROSCOPIO DE INTUBACIÓN
Origen:	ALEMANIA
Criterios de Evaluación	
Normativas	**Cumple / No cumple**
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA
Características	
Sistema óptico	
Profundidad visual de 1 a 3-50 mm o mejor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Campo de visión 75° o más	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Dirección visual de 0°	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Extremo distal	
Compatible con tubos endotraqueales a partir de 4mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Diametro exterior del tubo de inserción: 2,8 mm o menor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Rango de angulación 100° o mejor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Longitud de trabajo de 600 a 700 mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Longitud total no mayor a 920 mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Totalmente sumergible	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Diámetro de la punta distal 2,7 mm o mejor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Fuente de luz	
Sistema de insuflación: Bomba de presión o aire	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Halógena 150W o mejor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Regulación manual de la intensidad luminosa	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios	

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Lámparas de repuesto. Cantidad: 2 (dos) unidades	CUMPLE, PROVEERÁ
Maletin de transporte	CUMPLE, PROVEERÁ
Tapón compensador de presión	CUMPLE, PROVEERÁ
Tapón válvula de biopsia. Cantidad: 10 (diez) unidades	CUMPLE, PROVEERÁ
Cepillo de limpieza de canales. Cantidad: 10 (diez) unidades	CUMPLE, PROVEERÁ
Verificador de estanqueidad	CUMPLE, PROVEERÁ
Otros requerimientos	
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés.Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 21: La oferta de la firma **ALBATROS S.A.C.I. CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 22: FIBROSCOPIO

Se procede a verificar la PRIMERA mejor oferta presentada. **FIRMA: ALBATROSSACI**

FIBROSCOPIO	
Datos Generales	
Descripción general: Fibroscopio de intubación traqueal diseñado para uso en pacientes adultos	
Datos proveídos por el oferente	
Marca:	KARL STORZ
Modelo:	FIBROSCOPIO DE INTUBACIÓN
Origen:	ALEMANIA
Criterios de Evaluación	

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Normativas	Cumple / No cumple
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA
Características	
Sistema óptico	
Profundidad visual 1 a 4-50 mm o mejor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Campo de visión 90° o más	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Dirección visual de 0°	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Extremo distal	
Compatible con tubos endotraqueales a partir de 5mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Diametro exterior del tubo de inserción: 4,9 mm o menor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Diámetro del canal de trabajo 2,2 mm o menor	
Rango de angulación 120° o mejor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Longitud de trabajo de 600 a 700 mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Longitud total no mayor a 900 mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Totalmente sumergible	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Diámetro de la punta distal 4,9 mm o mejor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Fuente de luz	
Sistema de insuflación: Bomba de presión o aire	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Halógena 150W o mejor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Regulación manual de la intensidad luminosa	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios	
Lámparas de repuesto. Cantidad: 2 (dos) unidades	CUMPLE, PROVEERÁ
Maletin de transporte	CUMPLE, PROVEERÁ
Tapón compensador de presión	CUMPLE, PROVEERÁ
Tapón válvula de biopsia. Cantidad: 10 (diez) unidades	CUMPLE, PROVEERÁ
Cepillo de limpieza de canales. Cantidad: 10 (diez) unidades	CUMPLE, PROVEERÁ
Verificador de estanqueidad	CUMPLE, PROVEERÁ

Cynthia K. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Otros requerimientos	
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés.Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 22: La oferta de la firma **ALBATROS S.A.C.I. CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 23: FOTOCOLORÍMETRO

CONCLUSIÓN 23: El ítem no presenta ofertas por lo que queda ***DESIERTO***

ÍTEM 24: EQUIPO FOTOPOLIMERIZADOR

CONCLUSIÓN 24: El ítem no presenta ofertas por lo que queda ***DESIERTO***

ÍTEM 25: FREEZER PARA LABORATORIO

Se procede a verificar la PRIMERA mejor oferta presentada. **Firma: ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.**

FREEZER PARA LABORATORIO	
Datos Generales	
Descripción general: Equipo de refrigeración para almacenamiento a largo plazo	
Datos proveídos por el oferente	
Marca:	ARI MEDICAL
Modelo:	ADF-86V340E
Origen:	CHINA
Criterios de Evaluación	

Cynthia K. Cruz R.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Normativas	Cumple / No cumple
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA
Características	
Capacidad de 300 litros	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Intervalo de temperatura -50°C a -85°C	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Tecnología de microprocesador fácil de usar	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Opciones de alarmas y control adicionales	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Interior de la camara completamente de acero inoxidable	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Peso aproximado 290 kg	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Límites de alarma ajustables de sobre e infratemperaturas (1 -20K)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Otras especificaciones	
Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko), de al menos 2 m de longitud.	CUMPLE, PROVEERÁ
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés.Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 25: La oferta de la firma **ALTAS TECNOLOGÍAS S.A. CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 26: FRONTOLUZ

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **Firma: ALBATROS S.A.C.I.**

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Mª Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

FRONTOLUZ	
Datos Generales	
Descripción general: Equipo de iluminación para procedimientos médicos	
Datos proveídos por el oferente	
Marca:	KARL STORZ
Modelo:	KS70
Origen:	ALEMANIA
Criterios de Evaluación	
Normativas	**Cumple / No cumple**
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA
Características	
Potencia luminosa regulable en al menos 2 niveles	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Lámparas LED blancas que puedan iluminar en un nivel alto de 30.000 lux o mayor, nivel medio de 20.000 lux o mayor y nivel bajo 10.000 lux o mayor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Vida útil aproximada no menor a 45.000 horas	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Tamaño del campo luminoso con ajuste variable de 20 mm (o mayor) a 130 mm (o mayor), desde una distancia de 30 cm (o mayor)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Posibilidad de ajuste progresivo de la posición y la inclinación de la lámpara, para orientar la dirección de la iluminación y la mirada	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Cinta craneal ajustable	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Autonomía de la batería de 15 horas o más	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Indicación luminoso de nivel de batería	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Peso mínimo, distribución equilibrada del peso. Máxima comodidad.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios	
Cargador. Cantidad: 1 (uno) por equipo	CUMPLE, PROVEERÁ
Batería recargable. Cantidad:2 (dos) por equipo	CUMPLE, PROVEERÁ
Otras especificaciones	
Alimentación eléctrica del cargador: 220V CA ±10% / 50Hz	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y	CUMPLE, PROVEERÁ

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés.Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 26: La oferta de la firma **ALBATROS S.A.C.I. CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 27: ÓPTICA PARA CITOSCOPIA

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **Firma: ALBATROS S.A.C.I.**

FUENTE DE LUZ PARA CITOSCOPIA	
Datos Generales	
Descripción general: Equipo diseñado para brindar iluminación	
Datos proveídos por el oferente	
Marca:	KARL STORZ
Modelo:	LED NOVA
Origen:	ALEMANIA
Criterios de Evaluación	
Normativas	**Cumple / No cumple**
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA
Características	
Fuente de luz fría LED	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Potencia 150 W o mayor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Temperatura de Calor: 6.000 K o mayor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Vida útil de 25.000 horas o mayor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Regulación de la intensidad: manual o automática	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Peso no mayor a 5 kg	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Diámetro del canal de trabajo:2,0 a 2,5mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios	
Debe incluir cable de luz de fibra óptica de 3 a 3,5 mm de diámetro y longitud entre 200 a 300 cm.	CUMPLE, PROVEERÁ
Otros requerimientos	
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés.Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 27: La oferta de la firma **ALBATROS S.A.C.I. CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 28: EQUIPO ANALIZADOR DE GASES

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **Firma: GT SCIENTIFIC S.A.**

GASÓMETRO PORTÁTIL			
Datos Generales			
Descripción: Equipo analizador de gases portátil			
Datos proveídos por el oferente			
Marca:	SIEMENS		
Modelo:	NA		
Origen:	USA / CANADÁ		
Criterios de Evaluación			

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Normativas	Cumple / No cumple
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA
Características técnicas	
Equipo portátil	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Con electrodo selectivo para Sodio, Calcio, Cloro, Potasio, pH	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Medición para pH, pCO2, pO2, TCO2, Sodio, Potasio, Calcio, Cloruro, Hematocrito, Glucosa, Lactato, BUN, Creatinina	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Otros requerimientos	
Será responsabilidad del oferente proveer cualquier artefacto / accesorio / opción para que el equipo pueda funcionar correctamente, exceptuando responsabilidades edilicias del hospital o sala.	CUMPLE, PROVEERÁ
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 28: La oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A. CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 29: EQUIPO PARA GASTROSCOPIA

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **Firma: SALUMAX S.A.** (Representación exclusiva de la marca)

GASTROSCOPIO ADULTO			
Datos Generales			
Descripción: Videogastroscopio adulto compatible con procesadores existentes hoy en el servicio de Endoscopio del INCAN			
Datos proveídos por el oferente			

Cynthia R. Cristaldo R.
Abog.
Mat. C.S.J. N° [illegible]

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Marca:	FUJIFILM / FUJINON
Modelo:	G5
Origen:	JAPÓN
Criterios de Evaluación	
Normativas	**Cumple / No cumple**
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado	CUMPLE, PRESENTA
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo de equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA
Características	
CCD de alta resolución y con CROMOSCOPIA ELECTRÓNICA	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Imagen amplia en pantalla	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Campo de visión: 140° (visión frontal)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Profundidad de campo: 4mm a 100mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior entre 9,3 a 9,4 mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Diámetro interior del canal de instrumentos: 2,8 mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Angulaciones:	
Hacia arriba: 210°	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Hacia abajo: 90°	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Hacia la derecha: 100°	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Hacia la izquierda: 100°	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Longitud total del tubo de inserción: 1.400 mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Longitud útil de inserción: 1.100 mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Botones para control remoto, programables para: congelamiento, descongelamiento y/o foto	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios	
Maletín para transporte del endoscopio	CUMPLE, PROVEERÁ
Otros requerimientos	
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 29: La oferta de la firma **SALUMAX S.A. CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 30: HOMOGENEIZADOR

Se procede a verificar la PRIMERA oferta presentada. **Firma: CATÉTERES & AFINES S.A.**

HOMOGENEIZADOR			
Datos Generales			
Descripción: Equipo diseñado para el mezclado de pruebas para determinaciones hematológicas			
Datos proveídos por el oferente			
Marca:	CRALTECH		
Modelo:	HMTR		
Origen:	BRASIL		
Criterios de Evaluación			
Normativas	**Cumple / No cumple**		
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	NO CUMPLE, NO PRESENTA		
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	NO CUMPLE, NO PRESENTA		
Características técnicas			
Mezcla tridimensional	NO CUMPLE, NO PRESENTA CATÁLOGO		
Modo de operación en forma contínua	NO CUMPLE, NO PRESENTA CATÁLOGO		
Potencia 10 W o mayor	NO CUMPLE, NO PRESENTA CATÁLOGO		
Velocidad de rotación: entre 10 - 80 rpm	NO CUMPLE, NO PRESENTA CATÁLOGO		
Amplitud de movimiento: 22 mm	NO CUMPLE, NO PRESENTA CATÁLOGO		
Otros requerimientos			

Cynthia R. C.
Abog.
Mat. C.S.J. N°

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).	NO CUMPLE, NO PRESENTA CATÁLOGO
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	NO CUMPLE, NO PRESENTA CATÁLOGO
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	NO CUMPLE, NO PRESENTA CATÁLOGO
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	NO CUMPLE, NO PRESENTA CATÁLOGO
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	NO CUMPLE, NO PRESENTA CATÁLOGO
Manual técnico en español, portugués o inglés.Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	NO CUMPLE, NO PRESENTA CATÁLOGO

La firma CATÉTERES & AFINES SA no responde la nota de solicitud de documentos (NOTA DLIC N° 709/2021)

Se procede a verificar la SEGUNDA mejor oferta. **Firma: GT SCIENTIFIC S.A.**

HOMOGENEIZADOR			
Datos Generales			
Descripción: Equipo diseñado para el mezclado de pruebas para determinaciones hematológicas			
Datos proveídos por el oferente			
Marca:	R5 LAB / AUXILAB		
Modelo:	NA		
Origen:	ESPAÑA		
Criterios de Evaluación			
Normativas	**Cumple / No cumple**		
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA		
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA		
Características técnicas			
Mezcla tridimensional	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO		
Modo de operación en forma contínua	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO		
Potencia 10 W o mayor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO		

Cynthia R. Cris
Abogada
Mat. C.S.J. N°45 25

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Velocidad de rotación: entre 10 - 80 rpm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Amplitud de movimiento: 22 mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Otros requerimientos	
Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 30: La oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A. CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, sin embargo; **SE PROCEDE A DESESTIMAR LA OFERTA** ya que excede el precio referencial

ÍTEM 31: INCUBADORA CON AGITADOR

CONCLUSIÓN 31: El ítem no presenta ofertas por lo que queda ***DESIERTO***.

ÍTEM 32: LARINGOSCOPIO – SET

Se procede a verificar la UNICA oferta presentada. **Firma: ALBATROS S.A.C.I.**

LARINGOSCOPIO CON MANGO DE FUENTE DE LUZ	
Datos Generales	
Descripción general: Instrumento rígido para visualizar directamente la laringe, con posibilidad de realizar una intubación endotraqueal	
Datos proveídos por el oferente	
Marca:	KARL STORZ
Modelo:	NA
Origen:	ALEMANIA

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 45.254

Ing. Mat. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Criterios de Evaluación	
Normativas	**Cumple / No cumple**
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA
Características	
Laringoscopio LED	
Pilas recargables	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Tecnología Led de 5000 K o más	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Vida útil del LED de al menos 40.000 hs	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Autonomía de las pilas de por lo menos 100 horas	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Sistema ISO 7376 para garantizar compatibilidad de espátulas de laringoscopios	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios y componentes	
Funda para mango, con revestimiento de silicona, esterilizable en autoclave, para uso con cargador a inducción	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Porta pilas para pilas recargables	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Set de porta pilas LED debe incluir 2 pilas y tapa	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Soporte para estación de carga	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Espátulas de laringoscopio	
Deberán ser autoclavables, luz fría, con conductor de luz de fibra óptica integrado	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Espátulas tipo MACINTOSH , tamaño 0, 1, 2, 3, 4, 5.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Espátulas tipo MILLER, tamaño 0, 1, 2, 3, 4	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Espátula UNIVERSAL o DORGES	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Espátulas tipo PHILIPS, tamaño 1, 2.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Bolsa para set de laringoscopio	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Pinza de MAGGIL para adultos, longitud 25 cm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Otras especificaciones	
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ

Cynthia R. C...
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.2...

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 32: La oferta de la firma **ALBATROS S.A.C.I. CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, sin embargo; **SE PROCEDE A DESESTIMAR LA OFERTA** ya que excede el precio referencial

ÍTEM 33: LARINGOSCOPIO ADULTO

Se procede a verificar la PRIMERA mejor oferta presentada. **Firma: ARGON SRL**

LARINGOSCOPIO ADULTO	
Datos Generales	
Descripción general: Instrumento rígido para visualizar directamente la laringe, con posibilidad de realizar una intubación endotraqueal	
Datos proveídos por el oferente	
Marca:	HEINE
Modelo:	ADULTO
Origen:	ALEMANIA
Criterios de Evaluación	
Normativas	**Cumple / No cumple**
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA
Características	
Laringoscopio LED	
Pilas recargables	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Tecnología Led de 5000 K o más	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Vida útil del LED de al menos 40.000 hs	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO

Cynthia R. C.
Abog.
Mat. C.S.J. Nº 4

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Autonomía de las pilas de por lo menos 100 horas	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Sistema ISO 7376 para garantizar compatibilidad de espátulas de laringoscopios	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios y componentes	
Funda para mango, con revestimiento de silicona, esterilizable en autoclave, para uso con cargador a inducción	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Porta pilas para pilas recargables	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Set de porta pilas LED debe incluir 2 pilas y tapa	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Soporte para estación de carga	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Espátulas de laringoscopio	
Deberán ser autoclavables, luz fría, con conductor de luz de fibra óptica integrado	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Espátulas tipo MACINTOSH , tamaño 0, 1, 2, 3, 4, 5.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Espátulas tipo MILLER, tamaño 0, 1, 2, 3, 4	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Espátula UNIVERSAL o DORGES	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Espátulas tipo PHILIPS, tamaño 1, 2.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Bolsa para set de laringoscopio	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Pinza de MAGGIL para adultos, longitud 25 cm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Otras especificaciones	
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 33: La oferta de la firma **ARGON SRL CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 34: LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO

Se procede a verificar la UNICA oferta presentada. **Firma: ARGON SRL**

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO	
Datos Generales	
Descripción general: Instrumento rígido para visualizar directamente la laringe, con posibilidad de realizar una intubación endotraqueal	
Datos proveídos por el oferente	
Marca:	HEINE
Modelo:	PEDIÁTRICO
Origen:	ALEMANIA
Normativas	**Cumple / No cumple**
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA
Características	
Mango:	
Fabricado en metal no corrosivo o inoxidable.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Superficie antideslizante tipo corrugado.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Compatibilidad entre hojas y mango según norma ISO 7376 (Sistema Verde)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Mango diseñado para ser utilizado con baterías alcalinas tipo C	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
El cilindro deberá ser auto clavable sin necesidad de retirar la unidad de iluminación LED, por lo menos solo retirar las baterías.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Iluminación:	
Luz blanca del tipo LED integrada al mango	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Transmisión de iluminación por fibra óptica integrada a las hojas.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Luminosidad: 3x como mínimo.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Vida útil prolongada de la lámpara LED	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Hojas:	
Construidas en acero inoxidable	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Esterilizable en autoclave a vapor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Compatibilidad entre hojas y mango según norma ISO 7376 (Sistema Verde)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
1 (una) hoja laringoscopio Miller N° 00 recta con fibra óptica	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

1 (una) hoja laringoscopio Miller N° 0 recta con fibra óptica	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
1 (una) hoja laringoscopio Miller N° 1 recta con fibra óptica	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
1 (una) hoja laringoscopio Miller N° 2 recta con fibra óptica	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
1 (una) hoja laringoscopio Macintosh N° 1 recta con fibra óptica	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
1 (una) hoja laringoscopio Macintosh N° 2 recta con fibra óptica	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios:	
Incluir por cada equipo baterías alcalinas en cantidad necesaria para su funcionamiento.	CUMPLE, PROVEERÁ
Incluir por cada Juego estuche para guarda y transporte.	CUMPLE, PROVEERÁ
Otras especificaciones	
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés.Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 34: La oferta de la firma **ARGÓN SRL CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, sin embargo; **SE PROCEDE A DESESTIMAR LA OFERTA** ya que excede el precio referencial

ÍTEM 35: APARATO LASER DE ALTA FRECUENCIA

CONCLUSIÓN 35: El ítem no presenta ofertas por lo que queda ***DESIERTA***.

ÍTEM 36: MACROCENTRÍFUGA

CONCLUSIÓN 36: El ítem no presenta ofertas por lo que queda ***DESIERTA***.

ÍTEM 37: MALLADOR PARA INJERTO DE PIEL

Se procede a verificar la PRIMERA mejor oferta. **Firma: ARGON SRL**

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

MALLADOR				
Datos Generales				
Descripción: Mallador para injerto de piel				
Datos proveídos por el oferente				
Marca:	AYGUN			
Modelo:	M11-500			
Origen:	TURQUÍA			
Criterios de Evaluación				
Normativas	**Cumple / No cumple**			
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado	CUMPLE, PRESENTA			
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo de equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA			
Características				
Grado variable de 1,5:1 o 3:1	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Peso no mayor a 4500 g	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Mallador y manivela para operación manual	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Con posibilidad de preparar los injertos de piel en diferentes medidas: en ancho y grosor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Ajuste del grosor del injerto: (0 - 1,5 mm)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Contenedor				
Contenedor para esterilización	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Tapa frenestrada	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Cubeta no frenestrada	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Cesta frenestrada de acero inoxidable (con tapa)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Accesorios				
Placas estériles desechables para sostener la piel durante el proceso de 20 cm de largo o superior y 10 cm de ancho o superior. Cantidad: 100 (cien)	CUMPLE, PROVEERÁ			
Otros requerimientos				
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ			

Cynthia R. Cristaldo K.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 37: La oferta de la firma **ARGÓN SRL CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 38: OTOSCOPIO

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **Firma: ARGON SRL**

OTOSCOPIO				
Datos Generales				
Descripción: Otoscopio para examinación				
Datos proveídos por el oferente				
Marca:	HEINE			
Modelo:	MINI 3000			
Origen:	ALEMANIA			
Criterios de Evaluación				
Normativas	**Cumple / No cumple**			
Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE, NORMAS DEL MERCOSUR o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA			
Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA			
Características técnicas				
Iluminación por fibra óptica, que permita tener luz fría sin reflejos	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Lámpara halógena de 2,5 V o luz LED	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Lupa/lente deslizable integrada	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Gran angular con aumento de 2,5x. Sin tornillos para evitar roturas de la lente	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Canal libre para realizar procedimientos	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Conexión integrada y pera insufladora para prueba neumática del tímpano	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios	
Espéculos reutilizables. Cantidad: 4 (cuatro)	CUMPLE, PROVEERÁ
Espéculos descartables. Cantidad: 5 (cinco)	CUMPLE, PROVEERÁ
Estuche rígido para almacenamiento o transporte	CUMPLE, PROVEERÁ
Otros requerimientos	
Garantía de por lo menos 2 (dos) años	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 38: La oferta de la firma **ARGÓN SRL CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, sin embargo; **SE PROCEDE A DESESTIMAR LA OFERTA** ya que excede el precio referencial

ÍTEM 39: EQUIPO DE LABORATORIO DENTAL

CONCLUSIÓN 39: El ítem no presenta ofertas por lo que queda ***DESIERTA***.

ÍTEM 40: SELLADOR PARA ESTERILIZACIÓN

CONCLUSIÓN 40: El ítem no presenta ofertas por lo que queda ***DESIERTA***.

ÍTEM 41: SILLA DE RUEDAS PLEGABLE

Se procede a verificar la PRIMERA mejor oferta. Firma: SOLUMEDIC SA

SILLA DE RUEDAS			
Datos Generales			
Descripción: Dispositivo de ayuda al paciente para el traslado			
Datos proveídos por el oferente			
Marca:	KYLIN		
Modelo:	KL 809		
Origen:	CHINA		

Cynthia R. Cristaldo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.234

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Criterios de Evaluación	
Normativas	**Cumple / No cumple**
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	NO CUMPLE, NO PRESENTA
Características técnicas	
Silla de ruedas plegable.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Capacidad de carga de 150 kg o superior.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Armazón:	
Construido de tubos de acero cromado de alta resistencia, reforzado con doble cruceta.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Sistema de fácil plegado.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Con asas de empuje cubiertas con material sintético antideslizante para el agarre.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Reposa brazos tapizado en cuerina acolchada, estructura desmontables que permita una fácil transferencia.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Reposa pies rebatibles, desmontables y regulables en altura.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Respaldo y asiento con tapicería de nylon duradera, liviana, atractiva y fácil de limpiar.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Soporte para atril porta suero, en la parte trasera de la silla. De fácil montaje.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Ruedas:	
Ruedas posteriores de 60 cm. Cubiertas macizas o de inserto sólido en polipropileno de alto impacto.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Aro de propulsión de ABS	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Ruedas anteriores de 20 cm giratorias en 360 grados. Cubiertas de inserto sólido en polipropileno de alto impacto o caucho.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Con frenos de accionamiento manual, que operen sobre ruedas posteriores, con sistema de palanca corta.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios:	
Atril para porta suero de 2 ganchos	CUMPLE , PROVEERA
Cinturón de seguridad del paciente	CUMPLE , PROVEERA

Se solicita a la firma SOLUMEDIC SA documentaciones faltantes mediante la Nota DLIC 711/2021 y la misma no remite lo solicitado en tiempo y forma por lo que se procede a verificar la SEGUNDA mejor oferta

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Firma: ARGON SRL

SILLA DE RUEDAS				
Datos Generales				
Descripción: Dispositivo de ayuda al paciente para el traslado				
Datos proveídos por el oferente				
Marca:	KONSUNG			
Modelo:	SMW30-24			
Origen:	CHINA			
Criterios de Evaluación				
Normativas	**Cumple / No cumple**			
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA			
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA			
Características técnicas				
Silla de ruedas plegable.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Capacidad de carga de 150 kg o superior.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Armazón:				
Construido de tubos de acero cromado de alta resistencia, reforzado con doble cruceta.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Sistema de fácil plegado.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Con asas de empuje cubiertas con material sintético antideslizante para el agarre.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Reposa brazos tapizado en cuerina acolchada, estructura desmontables que permita una fácil transferencia.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Reposa pies rebatibles, desmontables y regulables en altura.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Respaldo y asiento con tapicería de nylon duradera, liviana, atractiva y fácil de limpiar.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Soporte para atril porta suero, en la parte trasera de la silla. De fácil montaje.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Ruedas:				
Ruedas posteriores de 60 cm. Cubiertas macizas o de inserto sólido en polipropileno de alto impacto.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Aro de propulsión de ABS	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Ruedas anteriores de 20 cm giratorias en 360 grados. Cubiertas de inserto sólido en polipropileno de alto impacto o caucho.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Mai Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Con frenos de accionamiento manual, que operen sobre ruedas posteriores, con sistema de palanca corta.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios:	
Atril para porta suero de 2 ganchos	CUMPLE , PROVEERA
Cinturón de seguridad del paciente	CUMPLE , PROVEERA

CONCLUSIÓN 41: El PRIMERA mejor oferta, de la firma **SOLUMEDIC SA** no presenta la documentación requerida en tiempo y forma y la SEGUNDA mejor oferta, de la firma **ARGON SRL CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, sin embargo; **SE PROCEDE A DESESTIMAR LA OFERTA** ya que excede el precio referencial

ÍTEM 42: APARATO DE ULTRASONIDO

Se procede a verificar la ÚNICA oferta presentada. **FIRMA: ARGÓN S.R.L.**

APARATO DE ULTRASONIDO			
Datos Generales			
Descripción: Equipo de ultrasonido terapéutico			
Datos proveídos por el oferente			
Marca:	MEDITEA		
Modelo:	SONHOTERP 1100		
Origen:	ARGENTINA		
Criterios de Evaluación			
Normativas	**Cumple / No cumple**		
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA		
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA		
Características técnicas			
Ultrasonido de al menos triple frecuencia	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO		
Facilita la individualización del tratamiento mediante la selección de la frecuencia, la potencia, el tipo de emisión, y el tiempo.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO		

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Frecuencias seleccionables: 1mhz, 1.4mhz y 3.3mhz	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Cabezal de operación que permita las tres frecuencias distintas.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Modos de emisión continuo o pulsante.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Pantalla de cristal líquido que informa secuencialmente las actividades programadas y tiempos.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Teclado que permite programar las diversas opciones terapéuticas mediante un menú.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Intensidad de salida de 0.5 W/cm2 a 3 W/cm2 o más.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Cabezal ultraliviano y subacuático de diseño ergonómico, con material aislante.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Accesorios:	
01(un) transductor.	CUMPLE, PROVEERÁ
01 (un) Gel conductor de 250 ml	CUMPLE, PROVEERÁ
01 (un) Cable de fuerza	CUMPLE, PROVEERÁ
Otros requerimientos	
Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés.Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 42: La oferta de la firma ARGÓN SRL **CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 43: VIDEOENDOSCOPIO

Se procede a verificar la PRIMERA mejor oferta. **FIRMA: ALBATROS SACI**

VIDEOENDOSCOPIO

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Datos Generales			
Descripción: Videoendoscopio flexible de intubación difícil			
Datos proveídos por el oferente			
Marca:	KARL STORZ		
Modelo:	FIVE + CMAC		
Origen:	ALEMANIA		
Criterios de Evaluación			
Normativas	**Cumple / No cumple**		
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA		
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA		
Características técnicas			
Diámetro exterior del canal de trabajo: 5.3 a 5.6mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO		
Diámetro interior del canal de trabajo: 2 a 2.3mm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO		
Longitud útil: 65cm (+/-5cm)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO		
Dirección visual: 0°	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO		
Angulación Arriba: 120° o mayor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO		
Angulación Abajo: 120° o mayor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO		
Ángulo de abertura: 100°	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO		
Longitud total: no mayor a 100cm	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO		
Tecnología C-MOS, con válvula de aspiración	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO		
Accesorios que debe incluir el suministro			
Maletín para endoscopios flexibles	CUMPLE, PROVEERÁ		
Tapón compensador de presión	CUMPLE, PROVEERÁ		
Verificador de estanqueidad	CUMPLE, PROVEERÁ		
Porta tubos	CUMPLE, PROVEERÁ		
Tapa de cierre, esterilizable en autoclave, envase de 10 unidades	CUMPLE, PROVEERÁ		
Intubador para broncoscopios, tamaño 4mm, con protector dental integrado, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades	CUMPLE, PROVEERÁ		
Intubador para broncoscopios, tamaño 2mm, con protector dental integrado, estéril, para un solo uso,	CUMPLE, PROVEERÁ		

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Heralde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

envase de 10 unidades	
Cepillo de limpieza, longitud 120cm, no estéril, para un solo uso, paquete de 10 unidades	CUMPLE, PROVEERÁ
Válvula de aspiración estéril, para un solo uso, envase de 20 unidades.	CUMPLE, PROVEERÁ
Adaptador para irrigación, para limpieza mecánica, reutilizable. 2 unidades	CUMPLE, PROVEERÁ
Tapa de protección.	CUMPLE, PROVEERÁ
Pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas, longitud útil 100cm o mayor, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades.	CUMPLE, PROVEERÁ
Monitor	
Pantalla de 6" o mayor TFT, LCD o LED, color.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Angulo de 160º (+/-10º)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Resolución de 1200 x 800 píxeles o mejor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Posibilidad de conectar dos videoendoscopios a la vez	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Salida HDMI o similar para conectar a monitor externo	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Posibilidad de reproducir las imágenes en este monitor y en el monitor externo	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Peso no mayor a 1.200gr.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Posibilidad de uso mientras se carga la batería	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Posibilidad de documentación con tarjeta SD y grabación de datos en memoria USB	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Indicador de carga de la batería en la pantalla.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Indicador de memoria disponible en la pantalla.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Otros requerimientos	
Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés.Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

Cynthia R. Cristaldo K.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

CONCLUSIÓN 43: La oferta de la firma **ALBATROS SACI CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

ÍTEM 44: VIDEOLARINGOSCOPIO

Este ítem presenta dos ofertas con el mismo valor

Se procede a verificar la PRIMERA mejor oferta. **FIRMA: ALBATROS SACI**

VIDEOLARINGOSCOPIO				
Datos Generales				
Descripción: Videolaringoscopio con monitor				
Datos proveídos por el oferente				
Marca:	KARL STORZ			
Modelo:	C-MAC			
Origen:	ALEMANIA			
Criterios de Evaluación				
Normativas	**Cumple / No cumple**			
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado	CUMPLE, PRESENTA			
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.	CUMPLE, PRESENTA			
Características técnicas				
Monitor para uso con videolaringoscopios				
Pantalla de 6" o mayor TFT, LCD o LED, color.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Angulo de 160º (+/-10º)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Resolución de 1200 x 800 píxeles o mejor	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Posibilidad de conectar dos videoendoscopios a la vez	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Salida HDMI o similar para conectar a monitor externo	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Posibilidad de reproducir las imágenes en este monitor y en el monitor externo	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Peso no mayor a 1.200gr.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			
Posibilidad de uso mientras se carga la batería	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO			

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 48.304

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer

Posibilidad de documentación con tarjeta SD y grabación de datos en memoria USB	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Indicador de carga de la batería en la pantalla.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Indicador de memoria disponible en la pantalla.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Bolsa de protección, para el monitor, material exterior repelente al agua y resistente, lavable.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Hojas de videolaringoscopio tipo D-BLADE	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Con tecnología CMOS	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Posibilidad de documentación de imágenes y secuencias de video, mediante botón en el mango de la hoja.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Espátula de videolaringoscopio, para intubación difícil de adultos, con dispositivo para la introducción de catéter tamaños 16-18Charr. Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Espátula de videolaringoscopio, para intubación difícil de niños. Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Para uso con monitor y cable de conexión.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Hoja esterilizable en autoclave, reusable.	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Soporte para monitor, altura 120cm, base con 5 patas con ruedas antiestáticas, barra transversal para fijación del monitor, con canastilla para laringoscopios y accesorios. Cantidad: 1 (uno)	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Otros requerimientos	
Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).	CUMPLE, SEGÚN CATÁLOGO
Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo.	CUMPLE, PROVEERÁ
El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ
Manual técnico en español, portugués o inglés.Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	CUMPLE, PROVEERÁ

CONCLUSIÓN 44: La oferta de la firma **ALBATROS SACI** **CUMPLE** con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus correspondientes Adendas, se recomienda adjudicar.

Cynthia R. Cristaldo R.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 45.254

Ing. Ma. Raquel Recalde S.
ELECTROMEDICINA
Inst. Nacional del Cáncer