**COMANDO DE LA FUERZA AEREA**
**COMITÉ DE EVALUACION**
**Contratación Directa**
---

## INFORME COMITE

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, siendo las 14:00 horas del día lunes 11 de marzo del año dos mil trece, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación; presidida por el **CNEL DEM CELSO JAVIER SARUBBI DAVALOS** Presidente del Comité de Evaluación, con asistencia de los siguientes miembros: **S1° TEC MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA** y la Asesora jurídica la **STTE JM BETTINA M. ALEJANDRA VERA RIVEROS,** a los efectos de presentar una reseña cronológica de los actos y procedimientos relativos a la tarea de verificación, evaluación y comparación de las ofertas presentadas en el proceso de Contratación Directa N° 10 para la Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Sanidad.

Se inicia el acto con palabras de apertura del **CNEL DEM CELSO JAVIER SARUBBI DAVALOS.** Presidente del Comité de Evaluación, expresando que la primera fecha de apertura de ofertas fue prorrogado, dando cumplimiento a la Resolución DNCP N° 805/09, de fecha 22 de mayo de 2009. y posteriormente se procede a la verificación, evaluación y análisis de las propuestas presentadas, de la solvencia, reputación y recursos de los oferentes para el fiel cumplimiento en tiempo y forma de las provisiones y el ajuste de cada oferta a las especificaciones técnicas previstas en la Carta de Invitación. Así mismo se expone en este documento la calificación de las ofertas y las razones que se han tenido en cuenta para aceptar o rechazar las propuestas.

**Verificación de los documentos**

| N° | Empresas | Declaración Jurada Art. 40 ley 2.051/03 Firmado y Aclarado | Formulario de Ofertas firmado y Completado | Poder Suficiente del Firmante | Garantía de Mantenimiento de Ofertas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER NETCHOGUINE | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple |
| 2 | ASISTEC | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| 3 | EXIMPAR S.R.L. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |

De la verificación de los documentos básicos de carácter sustancial se constata que la Empresa **ALEXANDER NETCHOGUINE**, no presenta el Formulario de Ofertas, como así también no se tiene a la vista la Garantía de Mantenimiento de Oferta, en consecuencia el Comité de Evaluación procede a desestimar al mencionado oferente basado en el Art. 60 y 61 del Decreto 21909, en concordancia con el PBC.

**Análisis de las Ofertas:**

La Adjudicación de la presente Contratación Directa se realizara de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, será **"COMBINADO"**

De conformidad al Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Contratación Directa N° 10 – Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Sanidad, las empresas **ASISTEC** y **EXIMPAR S.R.L.** que han presentado su oferta, reúnen todos los requisitos y están calificadas para ser evaluadas.

La formulación del presente documento se hace conforme a lo establecido en el Art. 64 del Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. En tal sentido se anexa a este informe los siguientes documentos: Acta de Apertura de Ofertas, Cuadro Comparativo de Ofertas, con respecto a los requisitos básicos.

**Resultado del análisis de las ofertas:**

Luego de haber realizado el estudio correspondiente de las documentaciones y las ofertas presentadas, y el resultado de la comparación de las mismas, el Comité observa que todas las ofertas califican en esta ocasión.

El Comité de Evaluación considera que la empresa **ASISTEC,** presenta la mejor oferta en los Ítems N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10, y en el Lote N° 1 y 2. Así mismo la empresa **EXIMPAR S.R.L.** en los Ítems N°: 7 y 8.

Dichas empresas cumplen con las especificaciones técnicas de los pedidos solicitados y cuentan con todos los requisitos exigidos en la carta de invitación.

**Conclusión y recomendación de adjudicación y/o declaración desierta:**

El Comité de Evaluación recomienda al Señor Comandante de la Fuerza Aérea:

**1.- Declarar desierto**: el Ítem N° 9 de Equipos de Laboratorio, a fin de ajustar los montos a la disponibilidad presupuestaria prevista para el llamado de referencia.

**2.- Adjudicar:** basado en el **Art. 34 inciso c)** de la Ley 2051 de Contrataciones Publicas, que in fine dice: "... bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación", la presente Contratación Directa FAP N° 10/2013 para la "Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Sanidad" a las siguientes empresas. **ASISTEC y EXIMPAR S.R.L.**, haciendo la correspondiente salvedad que, se realizó **una disminución de cantidad** en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Lote N° 1. Equipos de Laboratorio.

Así mismo en los Ítem 1, 2, 3, 4 y 5 del Lote N° 2, Equipos de Odontología, a fin de ajustar los montos a la disponibilidad presupuestaria prevista para el llamado de referencia, conforme se detallan:

**EQUIPOS DE LABORATORIO**

**EMPRESA ADJUDICADA: ASISTEC**

| ITEM | COD. CATALOGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD (EVENTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73171605-001 | **Mantenimiento de Microcentrífuga Marca ROLCO MOD- CH-24:** Cambio de junta cabezal, cambio de carbón y rectificación de colector calibración de RPM con tacómetro óptico para verificación de velocidad de ajuste | 1 | Unidad | 1.590.000 | 1.590.000 |
| 2 | 73171602-001 | **Mantenimiento de Estufa de Esterilización y secado Marca FAC:** Cambio de termostato, cambio de resistencia calibración de temperatura con termómetro patrón con emisión de certificado de calibración y performance del equipo | 1 | Unidad | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 3 | 73171605-001 | **Mantenimiento de Agitador para VDRL Marca BIOELEC:** Mantenimiento de mecanismo, cambio de timer, mantenimiento de articulaciones mecánicas, cambio de rulemanes y lubricado de piezas. Verificador con tacómetro óptico del RPM velocidad de agitación | 1 | Unidad | 880.000 | 880.000 |
| 4 | 73171605-001 | **Mantenimiento de Microscopio Marca ZEISS: mantenimiento** de articulaciones mecánicas, limpieza de sistema óptico, cambio de focos de iluminación, cambio de las lentes y reguladores | 1 | Unidad | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5 | 73171605-001 | **Mantenimiento de Estufa de Esterilización Marca ODONTOBRAS:** Cambio de resistencia y termostato. Calibración de temperatura con termómetro Patrón con certificado de calibración trazable y emisión de certificado de calibración de la estufa | 1 | Unidad | 1.280.000 | 1.280.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 73171605-001 | **Mantenimiento de Baño María Marca VICKING:** Cambio de termostato por control electrónico y resistencia. Calibración de la temperatura con termómetro Patrón con certificado de calibración trazable y emisión de certificado de calibración del equipo. | 1 | Unidad | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 10 | 73171605-001 | **Mantenimiento de Contador diferencial de células Marca LABLINE:** Cambio de placa, cambio de conductores eléctricos y mantenimiento preventivo, verificación del sistema eléctrico y medición de intensidad óptica con medidor de lumen. | 1 | Unidad | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **TOTAL ADJUDICADO ASISTEC** | | | | | | **9.050.000** |

EMPRESA ADJUDICADA: EXIMPAR S.R.L.

| ITEM | COD DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD (EVENTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 73171605-001 | **Mantenimiento de Espectrofotómetro Semiautomático Marca BIOSYSTEM BTS-310:** Cambio de bomba peristáltica, provisión de papel para impresión de resultados, limpieza de filtros, cambio de lámpara. Calibración con estándares patrones y certificados trazables | 1 | Unidad | 1.727.000 | 1.727.000 |
| 8 | 73171605-002 | **Mantenimiento de Espectrofotómetro Marca BIOSYSTEM BTS-350:** revisión y mantenimiento preventivo, provisión de papel para impresión de resultados, limpieza de filtros, cambio de lámpara. Calibración con estándares patrones y certificados trazables | 1 | Unidad | 528.000 | 528.000 |
| **TOTAL ADJUDICADO EXIMPAR S.R.L.** | | | | | | **2.255.000** |

**LOTE Nº 1 - EQUIPOS DE ODONTOLOGIA**

EMPRESA ADJUDICADA: ASISTEC

| ITEM | COD DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD (EVENTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73171602-001 | **Mantenimiento de Sillón Odontológico Marca GNATUS:** mantenimiento del sistema neumático, cambio de manguera, cambio de retenes y válvulas, mantenimiento de sistema de articulación mecánica, mantenimiento de sistema de iluminación, mantenimiento de sistema de circulación de agua y desagüe. Cambio de filtros del sistema de alimentación agua | 1 | Unidad | 2.350.000 | 2.350.000 |
| 2 | 73171602-001 | **Mantenimiento de Sillón Odontológico Marca GNATUS:** mantenimiento del sistema neumático, cambio de manguera, cambio de retenes y válvulas, mantenimiento de sistema de articulación mecánica, mantenimiento de sistema de iluminación, mantenimiento de sistema de circulación de agua y desagüe. Cambio de filtros del sistema de alimentación agua | 1 | Unidad | 2.240.000 | 2.240.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 73171602-001 | **Mantenimiento de Sillón Odontológico Marca OLSEN:** mantenimiento del sistema neumático, cambio de manguera, cambio de retenes y válvulas, mantenimiento de sistema de articulación mecánica, mantenimiento de sistema de iluminación, mantenimiento de sistema de circulación de agua y desagüe. Cambio de filtros del sistema de alimentación agua | 1 | Unidad | 2.260.000 | 2.260.000 |
| 4 | 73152101-018 | **Mantenimiento de compresor odontológico marca SHULZ de 1 HP:** mantenimiento del sistema neumático, cambio de juego de juntas, cambio de manguera de alta presión, cambio de correas y regulación de poleas. | 1 | Unidad | 790.000 | 790.000 |
| 5 | 73152101-018 | **Mantenimiento de compresor odontológico marca SHULZ de 1 HP:** mantenimiento del sistema neumático, cambio de juego de juntas, cambio de manguera de alta presión, cambio de correas y regulación de poleas | 1 | Unidad | 790.000 | 790.000 |
| **TOTAL** | | | | | | **8.430.000** |

**LOTE Nº 2 - EQUIPOS DE RAYOS X**

**EMPRESA ADJUDICADA: ASISTEC**

| ITEM | COD DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD (EVENTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73171602-001 | **Mantenimiento de equipo de rayos X :** provisión de tubo RX, con las siguientes características: KVP 125 kv, potencia FF 40KW, potencia FG 80KW, objetivo de tungsteno, renio y molibdeno con 14° de pendiente, ánodo giratorio de 71 mm (2.8"), unidades térmicas 300KHU | 1 | Unidad | 14.890.700 | 14.890.700 |
| **TOTAL** | | | | | | **14.890.700** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL ADJUDICACION** | **34.625.700** |

LA SUMA TOTAL ADJUDICADA, asciende a **Gs. 34.625.700.- (Guaraníes treinta y cuatro millones seiscientos veinticinco mil setecientos).-**

La presente adjudicación se basa en lo establecido en el Artículo 27 y 28, de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y el Capitulo III, Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas" y Sección VII "Adjudicación" del Decreto Nº 21.909 que reglamenta el supracitado cuerpo legal.

**MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA**
**S1 TEC - MIEMBRO**

**BETTINA M. ALEJANDRA VERA RIVEROS**
**STTE JM – ASESORA JURIDICA**

**CELSO JAVIER SARIBBI DAVALOS**
**CNEL DEM – PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN**