Fwd: COMB N° 087/2022: Evaluación de oferta de elementos ID N° 411.964

lun, 25 de jul de 2022 11:47

De : Laura Maria Silva Jojot <lsilva@intn.gov.py>
Asunto : Fwd: COMB N° 087/2022: Evaluación de oferta de elementos ID N° 411.964
Para : Miguel Angel Aguilar Acosta <maguilar@intn.gov.py>

Para adjutar a la evaluación de elementos

Lic. Laura Silva Jojot
Directora
Organismo de Investigación y Asistencia Tecnológica - OIAT
Instituto Nacional de Tecnología Normalización y Metrologia - INTN
Avda. Gral. José G. Artigas 3973 y Gral. Roa. CC 967.
Teléf: +595 21 2886000 Interno 3250
Asunción, Paraguay
www.intn.gov.py

De: "Maria Victoria Arguello Martinez" <marguello@intn.gov.py>
Para: "OIAT Secretaria" <secoiat@intn.gov.py>
Enviados: Martes, 19 de Julio 2022 18:13:24
Asunto: Fwd: COMB N° 087/2022: Evaluación de oferta de elementos ID N° 411.964

Remito a la Direccion de Organismo

De: "Lourdes Teresa Areco Sanchez" <lareco@intn.gov.py>
Para: "Secretaria UQUI" <uquisec@intn.gov.py>
Enviados: Martes, 19 de Julio 2022 15:27:35
Asunto: COMB N° 087/2022: Evaluación de oferta de elementos ID N° 411.964

Lic. Lourdes Areco, MSC
Dpto. de Combustibles y Lubricantes
INTN

En referencia a la evaluación de ofertas de Elementos con ID N° 411.964 con respecto a los items 51 y 52 correspondientes al Dpto. de Combustibles y Lubricantes se informa que: se cuenta con tres ofertas para el item 51 y dos ofertas para el item 60. El análisis de las ofertas se detallan a continuación:

ITEM/S	EMPRESA	OFERTA	JUSTIFICACIÓN
51- Columna para análisis de FAME en biodiesel según Norma EN14103, tubo capilar de sílice fundida, espesor de la película 0,25 micras, diámetro interno 0,25mm, longitud 30 m, alta polaridad, rango de tempertarura 40 °C - 280/290 °C. Calidad CG-MASA.	CHARPENTIER	13.100.000	Se evidencia en los documentos del oferente que la oferta presentada tiene un rango máximo de temperatura de 240/250 °C, siendo el mismo el límite del método a utilizar. La utilización de una columna en su límite máximo de temperatura favorece su rápido desgaste debido al sangrado del relleno. Por lo que no cumple con lo requerido.
	GBO	13.691.670	**Se evidencia en los documentos del oferente que la oferta cumple con las especificaciones mínimas requeridas.**
	SUMI S.A.	16.170.000	Se evidencia en los documentos del oferente que la oferta presentada tiene un rango máximo de temperatura de 240/250 °C, siendo el mismo el límite del método a utilizar. La utilización de una columna en su límite máximo de temperatura favorece su desgaste rápido debido al sangrado del relleno. Por lo que no cumple con lo requerido.
52- Jeringa de vidrio, para inyección de líquido de 100 microlitros, compatible con el muestreador automático del equipo Elementar para la determinación de azufre total según Norma ASTM D5453	SUMI S.A.	2.268.000	Se evidencia en los documentos del oferente que la oferta no cumple con las especificaciones de compatibilidad con el muestreador automático del equipo Elementar para la determinación de Azufre total. Oferta: jeringa de vidrio, 100 µL, 22sG, 2" (aprox. 50 mm). Requerimiento: jeringa de vidrio, 100 µL, 23 G, 80mm.
	CHARPENTIER	3.100.000	**Se evidencia en los documentos del oferente que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.**

Considerando lo expuesto en el cuadro, **se sugiere adjudicar a la empresa GBO para el item 51 y a la empresa CHARPENTIER para el item 52**, teniendo en cuenta que son las ofertas que cumplen con las especificaciones requeridas.

******

LAS/las

Lic. Lourdes Teresa Areco Sánchez
Jefa Interina del Departamento de Combustibles y Lubricantes
Organismo de Investigación y Asistencia Tecnológica
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN
Avenida General José Gervasio Artigas 3793, Asunción 1706
Asunción, Paraguay
Tel: +595 21 288 6000 Interno 2522