CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 401.682

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN

A- En la ciudad de Coronel Oviedo, Capital del V Dpto. Caaguazú República del Paraguay, a losdoce días del mes de octubredel año dos mil veintiuno, siendo las 08:00 horas, se reúne el "Comité Evaluador", de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Caaguazú, con la presencia de los siguientes miembros: el Dr. Efraín Avalos, Miembro del Consejo Directivo, C.P. Jesús Morán, Administrador, y C.P. Natalia Cardozo, Contadora, designados por Resolución Nº 014 de dos de Mayo del año dos mil once, de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Caaguazú, para estudiar las ofertas presentadas en la modalidad de Contratación Directa.----------

B- Acto de Apertura

- Fecha fijada el 30/09/2021. Se contó con cuatrooferentes:

1-	**In Situ S.A.**	**R.U.C. N° 80027373-7**
2-	**Dental Guaraní S.A.**	**R.U.C. N° 80025640-9**
3-	**Andrés H. Arce S.A.**	**R.U.C. N° 80023488-0**
4-	**JML Distribuidora**	**R.U.C. N° 2.526.705-1**

C- **Revisión de la documentación sustancial**

DOCUMENTOS	In Situ S.A.	Dental Guaraní S.A.	Andrés H. Arce S.A.	JML Distribuidora
Formulario de la oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que acrediten la existencia de la Persona Jurídica/ Cedula de Identidad de Persona Física	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que acredite la Identidad del firmante (Jurídica)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE
Constancia de R.U.C. (Física)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	CUMPLE
En el caso que suscriba otra persona por una persona física. Copia simple de	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE

fotocopia y poder otorgado por Escritura Pública.				

D- Tabla de Precios Ofertados susceptibles a analizar

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	In Situ S.A.	Dental Guaraní S.A.	Andrés H. Arce S.A.	JML Distribuidora
Vibrador de Yeso	N/C	1.920.000	N/C	N/C
Micromotor eléctrico	N/C	9.992.000	N/C	N/C
Fantomas Odontológicos	65.520.000	55.840.000	53.600.000	71.600.000
Compresor	N/C	16.480.000	16.000.000	N/C
Rayos X Portátil	N/C	25.900.000	24.400.000	25.800.000
Negatoscopio	N/C	1.360.000	1.500.000	N/C
Localizador Apical	N/C	1.850.000	2.200.000	N/C
Suctor eléctrico	N/C	24.800.000	24.000.000	N/C

DE MENOR A MAYOR TENEMOS:

Vibrador de Yeso	
Dental Guaraní S.A.	1.920.000

Micromotor Eléctrico	
Dental Guaraní S.A.	9.992.000

Fantomas Odontológicos	
Andrés H. Arce S.A.	53.600.000
Dental Guaraní S.A.	55.840.000
In Situ S.A.	65.520.000
JML Distribuidora	71.600.000

Compresor	
Andrés H. Arce S.A.	16.000.000
Dental Guaraní S.A.	16.480.000

Rayos X Portátil	
Andrés H. Arce S.A.	24.400.000
JML Distribuidora	25.800.000
Dental Guaraní S.A.	25.900.000

Negatoscopio	
Dental Guaraní S.A.	1.360.000
Andrés H. Arce S.A.	1.500.000

Localizador Apical	
Dental Guaraní S.A.	1.850.000
Andrés H. Arce S.A.	2.200.000

Suctor Eléctrico	
Andrés H. Arce S.A.	24.000.000
Dental Guaraní S.A.	24.800.000

E- Comparación entre el precio ofertado y el precio referencial

ITEM	BIEN	PRECIO ESTIMADO	In Situ S.A.	% de Var.	Dental Guaraní S.A.	% de Var.
1	Vibrador de Yeso	683.333	N/C	N/C	640.000	-6,3
2	Micromotor eléctrico	1.598.667	N/C	N/C	1.249.000	-21,9
3	Fantomas Odontológicos	9.833.333	8.190.000	-16,7	6.980.000	-29
4	Compresor	13.473.333	N/C	N/C	16.480.000	22,3
5	Rayos X Portátil	13.833.333	N/C	N/C	12.950.000	-6,4
6	Negatoscopio	791.667	N/C	N/C	680.000	-14,1
7	Localizador Apical	2.656.667	N/C	N/C	1.850.000	-30,4
8	Suctor eléctrico	6.265.000	N/C	N/C	6.200.000	-1

ITEM	BIEN	PRECIO ESTIMADO	Andrés H. Arce S.A.	% de Var.	JML Distribuidora	% de Var.
1	Vibrador de Yeso	683.333	N/C	N/C	N/C	N/C
2	Micromotor eléctrico	1.598.667	N/C	N/C	N/C	N/C
3	Fantomas Odontológicos	9.833.333	6.700.000	-31,9	8.950.000	-9
4	Compresor	13.473.333	16.000.000	18,8	N/C	N/C
5	Rayos X Portátil	13.833.333	12.200.000	-11,8	12.900.000	-6,7
6	Negatoscopio	791.667	750.000	-5,3	N/C	N/C
7	Localizador Apical	2.656.667	2.200.000	-17,2	N/C	N/C
8	Suctor eléctrico	6.265.000	6.000.000	-4,2	N/C	N/C

Durante la evaluación de ofertas, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Se solicita el desglose de:

Dental Guaraní S.A.: Ítem3, 4 y7

Andrés H. Arce S.A.: Ítem 3 y 4

Se reciben las respuestas en tiempo y forma por lo que se prosigue la evaluación en fecha 18 de octubre a las 10:00hs.

F- Aplicación de Márgenes de Preferencia

No existen productos de origen nacional como así tampoco hay oferentes de la zona de la Convocante por lo que no se aplicarán márgenes de preferencia.

G- Análisis del cumplimiento de las especificaciones técnicas.
A fin de poder analizar esta sección se solicitan a los oferentes Dental Guaraní S.A., Andrés H. Arce S.A. y JML Distribuidora. Planilla de especificaciones técnicas de los bienes ofertados. Esperando respuesta hasta las 15:00hs. del 19/10/2021.-

Se continua la evaluación el 22/10/21 a las 10:00hs.-

BIEN	In Situ S.A.	Dental Guaraní S.A.	Andrés H. Arce S.A.	JML Distribuidora
Vibrador para vaciado de moldes. Vibrador Dental para vaciado de moldes. Vibración regulable y uniforme, superficie recubierta con goma que permita adherencia a la superficie, potencia de 100watts como mínimo.	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
Micromotor Eléctrico. Torno odontológico de mesa con pulidora de 35.000rpm como mínimo, con pieza de mano, eléctrica de 220 volts como mínimo, manual de instrucciones de uso	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
Fantomas Odontológicos. Soporte metálico cromado para banco o mesa, cabezal de plástico, con estructura metálica, mascara de silicona, prensa de aluminio y capucha para proteger el simulador. Conformada por cráneo, base de cráneo, mandibula y mascara facial. El cráneo debe simular nariz y ojos del paciente. Debe permitir simular los movimientos condilares del paciente. Brazos en acero inoxidable.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Compresor de Aire. Con tanque de 350 litros de volumen de reservorio como mínimo, 175 libras de presión como mínimo, con un cabezal de 2 cilindros de motor eléctrico de 10 HP trifásico. Conectado	NO COTIZA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA

con el automático con una llave de mando. Peso neto 292, Peso bruto 340. Dimensiones 570 x 1100 x 1660. Las características solicitadas son mínimas.				
Rayos X Odontológico Portátil. Pequeños, portátil, ligero. De alta frecuencia. Punto focal 0.4 mm. Tiempo de exposición de 0,01 a 2 segundos como máximo. Peso entre 1Kg a 2Kg. Frecuencia 50 60 Hz. Pantalla LCD. Las imágenes no deberán verse afectada por la condición de carga de la batería recargable. Debiendo a carga completa efectuar un mínimo de 100 disparos. El producto debe incluir maletín anti golpes.	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Negatoscopio Odontológico. Sistema de iluminación por Led, luminancia de 2000 cd/m2 o mayor, alta luminancia e uniforme. Area de proyección: Ancho: dentro del rango de 35 a 50 cm. Alto: dentro del rango de 45 a 60 cm. Temperatura de color: Mayor a 6.500K, Alimentación electrica 220 v CA+-10%/50 Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F(schuko)	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA
Localizador Apical. Automático, pantalla LCD color. precisión de medición, totalmente automática, funcionamiento interactivo, modo demo integrado - función de ápice virtual, aviso sonoro con control de volumen, desconexion automática, batería recargable.	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA
Bomba de succión. Suctor eléctrico para cirugía. Bomba de alta succión. Alimentación frecuencia: 127V-60 HZ7220/240V 50/60Hz. Tensión de comando 24V Potencia de motor: de ½ HP. Total de potencia de BIOVAC secc: 770 VA. Corriente nominal: 3,2/3,5 A (220/240 V). Modo de operación: continua. Capacidad de reservorio: 1 litro. Vacuo máximo: 110 m mhg. Para operar con 3 consultorios en simultáneo.	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA

- Observación: El oferente Andrés H. Arce S.A. no ha remitido las especificaciones técnicas correspondiente al Ítem Nro. 4 "Compresor de Aire" por lo que se descalifica su oferta en dicho ítem quedando la siguiente oferta de Dental Guaraní S.A. de Gs. 16.480.000, como la más baja.

H- Cumplimiento de la capacidad financiera y experiencia

- Capacidad Financiera: Promedio de los dos (2) últimos años (2019 y 2020) no deberá ser negativo.

AÑO	In Situ S.A.	Dental Guaraní S.A.	Andrés H. Arce S.A.	JML Distribuidora
2019	67.576.138	2.555.955.990	2.160.648.100	72.930.899
2020	531.000.000	2.273.045.069	745.930.998	106.124.818
PROMEDIO	**299.288.069**	**2.414.500.529**	**1.453.199.549**	**89.527.859**

Ningún proveedor tuvo índice negativo.

Experiencia: Demostrar la experiencia en venta de bienes objeto del presente llamado con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 40 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 2 últimos años. (2020-2021).-	In Situ S.A.	Dental Guaraní S.A.	Andrés H. Arce S.A.	JML Distribuidora
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

I- Se analizan en detalle las ofertasmás bajas, teniendo en cuenta los márgenes de preferencia, de las empresasDental Guarani S.A. y Andrés H. Arce S.A..-

DOCUMENTOS	Dental Guaraní S.A.	Andrés H. Arce S.A.
Se ha procedido a la verificación de los registros del personal de la convocante constatando que el Oferente o su representante, no se halla comprendido en el presupuesto del Inciso "a" del Art. 40.	CUMPLE	CUMPLE
Se ha procedido a la verificación de la Base de datos del SINARH, constatando que el Oferente o su Representante Legal no aparecen en dicha base, cumpliendo con lo estipulado en el Inciso "b" del Art. 40.	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento con el Seguro social	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Producto y Empleo Nacional en caso de contar.	NO PRESENTA	NO PRESENTA
Declaración Jurada de Bienes y Rentas. Activos y Pasivos frente a la C.G.R.	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada de Miembros	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario	CUMPLE	CUMPLE

Patente Comercial, establecimiento principal.	CUMPLE	CUMPLE
Formularios 501 (2020) 101 o 106 (2019)	CUMPLE	CUMPLE
Facturaciones o Recepciones finales año 2020 – 2021.	CUMPLE	CUMPLE
Autorización del Fabricante, Representante y/o Distribuidor.	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Habilitación vigente expedida por el MSPBS, como importador / representante / distribuidor de dispositivos médicos/ como servicio técnico de dispositivos médicos. Exceptuándose la provisión del ítem 4.	CUMPLE	NO CUMPLE

Se encuentran faltantes de documentos que no constituyen una desviación significativa por lo que teniendo en cuenta el art. 62 de ***Disconformidades, errores y omisiones*** del Decreto 2992/2019 se solicita alosoferenteslos siguientes:

Dental Guaraní S.A.

- Autorización del Fabricante, Representante y/o Distribuidor.

Andrés H. Arce S.A.

- Autorización del Fabricante, Representante y/o Distribuidor.
- Habilitación vigente expedida por el MSPBS, como importador / representante / distribuidor de dispositivos médicos/ como servicio técnico de dispositivos médicos.

Se recibieron los documentos en tiempo y forma. Se prosigue la evaluación en fecha 25/10/2021 a las 15:30hs.

Las ofertas de las empresas**DENTAL GUARANI S.A.** y **ANDRÉS H. ARCE S.A.** cumplen con los requisitos exigidos.Por tanto este Comité de Evaluación considera que las empresas demuestran la capacidad suficiente para la provisión de los bienes, objeto del presente llamado.-

Por considerar que las ofertas evaluadas cumplen sustancialmente con las condiciones este Comité recomienda:

- **Adjudicar** a la empresa **DENTAL GUARANI S.A.**con R.U.C. **N° 80025640-9**
    - **Ítem 1 por valor de Gs. 1.920.000 (Guaraníes Un millónnovecientos veinte mil)------**
    - **Ítem 2 por valor de Gs. 9.992.000 (Guaraníes Nueve millonesnovecientos noventa y dos mil)----------**

- **Ítem 4 por valor de Gs. 16.480.000 (Guaraníes Diez y seis millones cuatrocientos ochenta mil).----------**
- **Ítem 6 por valor de Gs. 1.360.000 (Guaraníes un millón trescientos sesenta mil).-----**
- **Ítem 7 por valor de Gs. 1.850.000 (Guaraníes un millón ochocientos cincuenta mil).-**

- **Adjudicar** a la empresa **ANDRÉS H. ARCE S.A.**con R.U.C. N°**80023488-0**
  - **Ítem 3 por valor de Gs. 53.600.000 (Guaraníes Cincuenta y tresmillones seiscientos mil)----------**
  - **Ítem 5 por valor de Gs. 24.400.000 (Guaraníes Veinticuatromillones cuatrocientos mil)----------**
  - **Ítem 8 por valor de Gs. 24.000.000 ((Guaraníes Veinticuatro millones)----------**

- **Cumplir** lo solicitado según el Pliego de Bases y Condiciones Anexo 2 y la disponibilidad presupuestaria del llamado ID Nº 401.682"Adquisición de Equipos de Salud y Laboratorio".-------

Posteriormente el Comité Evaluador, Manifiesta que todo lo actuado se encuadra dentro de lo dispuesto en la ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y el Decreto Reglamentario Nº 2992/19.----------

Finalizado el acto, previa lectura y ratificación de su contenido, siendo las 16:03hs. del día veinticinco del mes de octubredel año dos mil veintiuno, en prueba de conformidad, suscriben el presente informe los abajo firmantes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Jesús Morán
Administrador

Hernán Ávalos
Miembro Consejo Directivo

Natalia Cardozo
Contadora

FACULTAD de ODONTOLOGÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL de CAAGUAZÚ
CORONEL OVIEDO-PARAGUAY
2010