MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

**INFORME DE REEVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN**
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE – N° 46/2015 "ADQUISICIÓN DE TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIO Y ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ" – I.D. Nº 297.084.-**

En la ciudad de Asunción, siendo el día OCHO del mes de MARZO del año DOS MIL DIEZ Y SEIS, en el Departamento de Licitaciones, sito en la calle Avda. Pettirossi esquina Brasil, se procede a la Reevaluación de las ofertas recibidas en el marco de la **L.P.N. N° 46/2015 "ADQUISICIÓN DE TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIO Y ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ" – I.D. Nº 297.084 – S.B.E.**, cuya Acta de Apertura se labró en fecha 30 de julio de 2015.

El llamado cuenta con **Resolución D.G.O.C. Nº 521/15** de fecha 17 de junio de 2015 *"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SE AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 46/2015 "ADQUISICIÓN DE TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIO Y ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ" – I.D. Nº 297.084, convocado* por la Dirección General Operativa de Contrataciones, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Para tal efecto, se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas según **Resolución S.G. N° 603,** cuyos integrantes son:

- **Abg. Laura Bordón,** Representante Dirección Gral. De Asesoría Jurídica.
- **Abg. Sonia Ledesma,** Representante Dirección Gral. De Asesoría Jurídica.
- **Ing. Mirtha Morán,** Representante de la Dirección Biomédica de la DGGIES.
- **Abg. Marcos Giménez,** Representante de la Asesoría Jurídica D.G.O.C.
- **C.P. Feliciano Miranda,** Representante Dirección Gral. Operativa de Contrataciones.

## 1. ANTECEDENTES:

Por Nota MSPBS/DGGIES/DB N° 1323/15 de fecha 08 de octubre de 2014, la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud remite la necesidad del Hospital Nacional de Itaugua, en cuanto a equipos para el Departamento de Cirugía General – Endoscopia Digestiva.

Que, por Resolución D.G.O.C. Nº 1148/2015 de fecha 09 de octubre de 2015 se adjudica LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 46/2015 "ADQUISICIÓN DE TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIO Y ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ" – I.D. Nº 297.084.-

Por Resolución DNCP N° 386/16, de fecha 08 de febrero de 2016, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resuelve en su Art. 1° HACER LUGAR A LA PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA GT SCIENTIFIC S.A. contra la adjudicación del Lote N° 1 , a favor de la firma SALUMAX S.A. realizada en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº N° 46/2015 "ADQUISICIÓN DE TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIO Y ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ", CONVOCADA POR LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES (DOC) DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS) I.D. Nº 297.084., en su Art. 2° ANULAR LA ADJUDICACION DEL LOTE N° 1, y en consecuencia RETROTRAER el presente proceso a la etapa de Evaluación de Oferta...

## 2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 2314/2015, correspondiente al P.A.C. Institucional Nro. 297.084, cuyo monto asciende a la suma de G. 2.277.650.000.- (Guaraníes dos mil doscientos setenta y siete millones seiscientos cincuenta mil) y a las estimaciones globales de costo, conforme lo establecen el Art. 15° de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. Nº 13° del Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, por lo que la presente Licitación, dispone de respaldo presupuestario para una eventual adjudicación

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
M.S.P. y B.S.



3(tres)

**3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES:**

Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, de fecha 30/07/2015, 10:00 horas, observándose la recepción de 03 (tres) ofertas, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

| Nº | EMPRESA: | PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: |
|---|---|---|
| 01 | **SALUMAX S.A.**<br>Aseguradora: LA RURAL S.A. DE SEGUROS<br>Monto: G. 53.000.000.-<br>Vigencia: Desde el 28/07/2015 al 24/01/2016.-<br>FOLIADO DEL 001 AL 146.- | **G. 1.697.648.300.-** |
| 02 | **G.T SCIENTIFIC S.A.**<br>Aseguradora: ASEGURADORA YACYRETA<br>Monto: G. 240.000.000.-<br>Vigencia: Desde el 29/07/2015 al 05/01/2016.-<br>FOLIADO DEL 001 AL 120.- | **G. 3.750.000.000.-** |
| 03 | **SERVICIO ELECTROMÉDICO PROFESIONAL S.A.**<br>Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS<br>Monto: G. 3.600.000.-<br>Vigencia: Desde el 29/07/2015 al 05/01/2016.-<br>FOLIADO DEL 001 AL 043.- | **G. 120.000.000.-** |

**OBS.**: Las empresas participantes se encuentran habilitadas para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

**4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FORMAL y SUSTANCIAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:**

Que de conformidad a la *SECCION II CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION* del Pliego de Bases y Condiciones, *2. CRITERIOS DE EVALUACION,* se estableció que las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación, constituyen ***1. El formulario de Oferta debidamente completado y firmado; sus Planillas Auxiliares, 2. Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida, 3. Documentos que acrediten la Identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la Oferta, 4. Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del art. 40° y la Declaratoria de Integridad art. 20°.*** Asimismo se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizara el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE***.

A continuación se detallan la verificación de todos los documentos sustanciales y formales:

| DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO: | SALUMAX S.A. | G.T. SCIENTIFIC S.A. |
|---|---|---|
| Formulario Oferta: El oferente presentará el formulario de oferta que se adjunta en el Formulario Nº 3. | CUMPLE | CUMPLE |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta: 150 (Ciento cincuenta) días. | CUMPLE | CUMPLE |
| Documentos que acreditan la existencia legal de la persona jurídica, tales como Escritura Pública y Protocolización de los Estatutos Sociales, los Estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas en la Dirección de Registros Públicos. | CUMPLE | CUMPLE |
| Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante tales como las actas de asamblea y del directorios en caso de las sociedades anónimas. | CUMPLE | CUMPLE |

Abog. Laura Borgoña
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.



4(cuatro)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40°, y la Declaración Jurada de Integridad del Art. 20° inciso W de la Ley 2051/03. | CUMPLE | CUMPLE |
| | SALUMAX S.A. | G.T. SCIENTIFIC S.A. |
| **A)** Formulario de Oferta * [El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI] | cumple | cumple |
| **B)** Garantía de Mantenimiento de Oferta* [La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección V, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente] | cumple | cumple |
| **C) Documentos legales** Oferentes Individuales. **Personas Físicas** | | |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.* | n/a | n/a |
| Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC). | n/a | n/a |
| En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.* | n/a | n/a |
| Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. * | n/a | n/a |
| Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. | n/a | n/a |
| Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta. | n/a | n/a |
| Autorización del fabricante conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos. | n/a | n/a |
| Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante. | n/a | n/a |
| **D) Documentos legales** Oferentes Individuales. **Personas Jurídicas** | | |
| Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* | cumple | cumple |
| Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad. | cumple | cumple |
| Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* | cumple | cumple |
| Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. * | cumple | cumple |

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.



5(cinco)

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. | cumple | cumple |
| Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta | cumple | cumple |
| Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes | cumple | No cumple |
| **E) Oferentes en Consorcio** | | |
| a. Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) precedente. | n/a | n/a |
| b. Original o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.* | n/a | n/a |
| c. Fotocopia autenticada de los Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en:<br>1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o<br>2) los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* | n/a | n/a |
| d. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en:<br>a. un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o<br>b. los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. | n/a | n/a |
| • Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC). | cumple | cumple |
| • Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. | cumple | cumple |
| • Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; | cumple | cumple |
| • Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante. | cumple | cumple |
| • Declaración Jurada donde el oferente declarar poseer capacidad de suministro en tiempo y forma. | cumple | cumple |
| • Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente legalizada, para comercializar el producto ofertado. (Formulario N° 04) | cumple | cumple |
| • Planilla de precios en Excel versión 2003 o anterior impresa y en medios magnéticos | cumple | cumple |

Abog. Laura Borgón
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica S.P.B.S.



6 (seis)

| | | |
|---|---|---|
| • Las Especificaciones Técnicas del producto, deberá ajustarse estrictamente al Listado de Bienes y Servicios y a lo detallado. | cumple | cumple |
| • Fotocopia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario. | cumple | cumple |
| • Copias de contratos ejecutados de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de bienes similares (TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIO Y ELECTROBISTURI), cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2012-2013-2014) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado. | cumple | No cumple |
| • Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario | cumple | cumple |
| • Declaración Jurada de aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las adendas y/o Aclaraciones. | cumple | cumple |
| • Habilitación Vigente como importador/comercializador/distribuidor/representante de dispositivos médicos, expedida por el M.S.P. Y B.S.. | cumple | cumple |
| • Balance General de los últimos tres ejercicios (2012-2013-2014) Oferentes de menos de 3 años podrán presentar los balances de los ejercicios vencidos desde su existencia. | cumple | cumple |
| • Habilitación Vigente de Servicio Técnico de equipos médicos, emitido por el M.S.P Y B.S. | cumple | cumple |

OBSERVACIÓN:

**El Comité de Evaluación a los efectos de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 849/15, que resuelve: "El Comité de Evaluación confirmará que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40° Inc. "a" y "b" de la Ley 2051/03. Para el efecto el Comité remite Nota, donde solicita a la Abg. Juana Romero de Pizurno, Directora de la Dirección de Planeamiento de RR.HH., la verificación en los registros de la base de datos del SINARH, si los oferentes cuyas copias de Cédula de Identidad se adjuntan (representantes legales de las firmas oferentes), se encuentran en los registros del citado sistema.**

**En ese sentido la Abg. Juana Romero de Pizurno, remite la Nota D.P.RR.HH., por medio de la cual informa que se realizó la verificación correspondiente y a la fecha no se registran datos en el SINARH.**

5. **ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS:**

Se da lectura al resultado del **Análisis de Ratios Financieros,** efectuado por el representante de la DGOC y que forma parte del presente Informe de Evaluación, practicado al Balance General de cada empresa oferente, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesarias para ejecutar el contrato, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones, realizado por el C.P Feliciano Miranda:

| EMPRESA: SALUMAK S.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices Financieros | | 2011 | Índice | 2012 | Índice | 2013 | Índice | Promedio | Calificación |
| Ratio de Liquidez | Activo Corriente | 6.306.967.789 | 7,81 | 8.680.890.250 | 3,95 | 10.567.539.103 | 6,22 | 6,03 | CUMPLE |
| | Pasivo Corriente | 772.190.602 | | 2.194.912.176 | | 1.698.800.450 | | | |
| Endeudamiento | Pasivo Total | 772.190.602 | 0,11 | 2.194.912.176 | 0,22 | 1.698.800.450 | 0,15 | 0,16 | CUMPLE |
| | Activo Total | 7.021.149.173 | | 9.844.018.766 | | 11.697.694.443 | | | |
| Rentabilidad | Utilidad D/ Impuesto | 1.688.416.363 | 1,05 | 1.602.318.980 | 1,00 | 2.237.686.920 | 0,86 | 0,97 | CUMPLE |
| | Capital | 1.610.000.000 | | 1.610.000.000 | | 2.610.000.000 | | | |

| EMPRESA: GT SCIENTIFIC S.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices Financieros | | 2011 | Índice | 2012 | Índice | 2013 | Índice | Promedio | Calificación |
| Ratio de Liquidez | Activo Corriente | 10.362.996.233 | 2,46 | 9.634.245.740 | 3,54 | 17.481.068.371 | 1,71 | 2,57 | Cumple |
| | Pasivo Corriente | 4.206.242.510 | | 2.721.039.591 | | 10.206.234.867 | | | |
| Endeudamiento | Pasivo Total | 4.206.242.510 | 0,34 | 2.721.039.591 | 0,22 | 10.206.234.867 | 0,48 | 0,35 | Cumple |
| | Activo Total | 12.341.824.003 | | 12.094.456.318 | | 21.077.618.412 | | | |
| Rentabilidad | Utilidad D/ Impuesto | 1.851.567.007 | 0,62 | 1.210.507.207 | 0,40 | 1.482.745.627 | 0,49 | 0,50 | Cumple |
| | Capital | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | | |

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica - M.S.P. Y B.S.

Abg. [illegible]
Asesor Jurídico

C.P. Feliciano Miranda
Jefe del Dpto. de Compras Menores
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.O.P.E.S.-M.S.P. y B.S.

**6. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA:**

Seguidamente el representante de la DGOC, procede al Análisis de la Experiencia del oferente afectado a esta adjudicación parcial, cuantificando por empresa los contratos de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de bienes similares, cuya sumatoria de los 3 **(TRES) últimos años (2012-2013-2014)** deben arrojar un monto igual o mayor al 25% del monto total ofertado, de conformidad a la *SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 2. Requisitos para Calificación Posterior. (b) Experiencia y Capacidad Técnica,* establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

| N° | EMPRESA: | Monto Total Ofertado | 25% de la Oferta | Monto Total de Contratos Ejecutados. | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALUMAX S.A. | 1.697.648.300 | 424.412.075 | 2.934.946.000 | CUMPLE |
| 2 | GT SCIENTIFIC S.A. | 3.750.000.000 | 937.500.000 | 5.179.764.380 | CUMPLE |

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.



8(ocho)

**7. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:**

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas del ítem N° 1 a ser reevaluado, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y los Criterios establecidos en el P.B.C.**

**DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICIÓN DE TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIO Y ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA" - ID N° 297.084.-**

**MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 46/15 - SBE**

| ITEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO REFERENCIAL | SALUMAX S.A. | | | | GT SCIENTIFIC S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cantidad | Precio Unitario IVA Incluido | IMPORTE TOTAL IVA Incluido | % | Cantidad | Precio Unitario IVA Incluido | IMPORTE TOTAL IVA Incluido | % |
| 1 | 42294944-998 | TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIO | Unidad | Unidad | 2.090.150.000 | 1 | 1.697.648.300 | 1.697.648.300 | -18,78 | 1 | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | 106,17 |

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.



(nueve) 9

**8. NOTAS REMITIDAS A LOS OFERENTES:**

- Por Nota de fecha 15/02/2016 de la Dirección General Operativa de Contrataciones, se le solicitó a la Empresa GT SCIENTIFIC S.A. lo siguiente:

  - Referencia indicando el cumplimiento de sus Especificaciones Técnicas y accesorios ofertados en el catálogo del equipo del Ítem 1.

**RESPUESTA:** LA EMPRESA REMITIO EN TIEMPO Y FORMA SOLICITADO.-

- Por Nota de fecha 23/02/2015 de la Dirección General Operativa de Contrataciones, se le solicitó a la Empresa GT SCIENTIFIC S.A. lo siguiente:

  - Planilla de cumplimiento de EETT con referencias de catálogo; considerando las modificaciones realizadas en la Adenda N° 3.
  - Carta de representación de la marca ofertada así como habilitación del MSPyBS para servicio técnico.

**RESPUESTA:** LA EMPRESA REMITIO EN TIEMPO Y FORMA SOLICITADO.-

**9. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

A continuación se realiza la verificación, en donde se analiza las ofertas presentadas por las Empresas participantes en el marco de la presente licitación, a los efectos de constatar si reúne las condiciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, para su posterior recomendación de adjudicación:

| Especificaciones Técnicas | Salumax | GT Scientific |
|---|---|---|
| **Torre Universal para Videoendoscopia Flexible y Laparoscopia** | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| **Procesador de imagen** | Procesador FUJINON | Procesador Olympus |
| | Modelo VP-4450HD | Modelo Evis Exera III |
| Procesador de alta definición HDTV. Salida de señal HDTV analógica RGB. | HD-SDI:HDTV 1080i (2ch) | HD-SDI:HDTV 1080i (2ch) |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Salida de señal SDTV analógica Y/C, RGB y video compuesto, que permita salida de video simultánea. | RGB: 1280x1024p | RGB: 480/60I: NTSC)/(1080/50I:PAL) |
| | SDTV: RGB, Y/C | SDTV: RGB, Y/C |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Salida de señal digital HD-SDI, SD-SDI, DV (IEEE1394) y DVI (WUXGA o SXGA) | DVI: 1280X1024p | DVI 1080p o SXGA |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Ajuste de balances de blancos con interruptor en el panel. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Auto ajuste de ganancia AJUSTE DE GANANCIA O BRILLO. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Selección de modo de iris auto, promedio y pico. | Iris: Average / Peak / Auto | Iris: Average / Peak / Auto |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Que permita cargar datos de pacientes tales como nombre del paciente, ID del paciente, sexo, edad, fecha de nacimiento y comentarios. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Función NBI, FICE, SPIES o Cromodoscopia electrónica | FICE | NBI |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Función foco dual o doble foco o magnificación electrónica | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Función de pre congelación de forma automática configurable. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Compatible con equipos de endoscopia, colonoscopia y laparoscopia (en una sola Torre). | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Con memoria Portátil USB o tarjeta de memoria | Tarjeta de Memoria | Tarjeta de Memoria |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Función PIP (imagen en imagen). | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Teclado para carga de datos. | Teclado DK-4450E | Teclado |

Laura Bordón
Asesor Jurídica



10(diez)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| Especificaciones Técnicas | Saiumax | GT Scientific |
|---|---|---|
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Memoria interna (buffer 1GB) opcional, con memoria Portátil USB o tarjeta de memoria | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Conectividad por Ethernet. | Ethernet: 100/10 Base | SI CUMPLE |
| Compatible para softwares especiales para endoscopia. | Software: SYNAPSE | Software: Olympus |

| Fuente de Luz | Modelo XL-450 | Modelo: CLV-190 |
|---|---|---|
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Fuente de luz con lámpara de xenón de 300W o más de potencia con 500 hs de vida útil. | Xenón 300W 500hs. | Xenón 300W 500hs. |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Lámpara de emergencia puede ser de 35 a 75W. | 75W | 35 W |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Función NBI, FICE SPIES o cromoscopia electrónica. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Refrigeración forzada de lámparas. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Interruptor de encendido y apagado de lámpara en el panel frontal. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Compatible con HDTV. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Ajuste de brillo automático y manual. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Con 4 (cuatro) niveles de potencia de bomba de aire apagado/bajo/medio/alto. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Con indicador de encendido de lámpara de emergencia. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Voltaje 220-240 VCA. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| 5 (cinco) lámparas de xenón de recambio para la fuente de luz. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |

| Video Gastroscopio Terapéutico | EG-530D | GIF-2TH180 |
|---|---|---|
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Con dos canales de trabajo de 2,8 y 3,7 a 3,8 mm. | 3,8mm / 2,8mm | 3,7mm / 2,8mm |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| De alta definición con CCD. | CCD Convencional | CCD Convencional |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Función NBI, FICE o cromoscopia electrónica | FICE | NBI |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Longitud de trabajo de 103 a 109 cm. | 109cm | 103cm |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Visión de Campo de 140°. | 140° | 140° |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Profundidad de campo de 2 a 3 y a 100 mm. | 3 a 100mm | 2 a 100 mm |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Diámetro exterior del tubo de inserción de 11,5 a 12,2 mm. | 11,5mm | 12,2 mm |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Diámetro exterior de la punta flexible de 11,5 a 12,6 mm. | 11,5mm | 12,6 mm |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Angulación 210° hacia arriba, 90° hacia abajo, 100° hacia la izquierda y 100° hacia la derecha. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Con 3 (tres) a 4 (cuatro) botones programables. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |

| Video Gastroscopio | EG-600WR | GIF-HQ190 |
|---|---|---|

Abg. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General M.S.P.B.S.



11 (once)

| Especificaciones Técnicas | Salumax | GT Scientific |
|---|---|---|
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| De alta definición con CCD. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Diámetro exterior del tubo de inserción 9,2 a 9,9mm. | 9,2mm | 9,9mm |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Canal auxiliar de agua. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Función Foco dual, doble foco, o magnificación electrónica. | Magnificación electrónica | Foco Dual |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Función NBI, FICE o cromoscopia electrónica | FICE | NBI |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Canal de trabajo de 2,8mm. | 2,8mm | 2,8mm |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Conector tipo one touch o a un solo toque (sin cable conector). | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Angulaciones 210° hacia arriba, 90° hacia abajo, 100° grados hacia la derecha y 100° hacia la izquierda | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Campo de visión 140° Frontal. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Profundidad de campo Normal de 2 a 5 ~ 100 mm, cerca 2 ~ 6 mm (opcional). | 2 a 100mm | 5 a 100m |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Longitud de trabajo 1030 a 1100 mm. Y longitud total del tubo 1350 a 1400 mm. | 1100 y 1400mm | 1030 y 1350 mm |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| 3 (tres) a 4 (cuatro) botones programables para diferentes funciones en el endoscopio. | 4 botones | 4 botones |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Mínima distancia visible de 2 a 3mm. Desde el extremo distal. | 2mm | 3 mm |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |

| Video Colonoscopio | EC-600WM/W/WL | CF-HQ190L/I |
|---|---|---|
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| De Alta definición con CCD. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Diámetro exterior del tubo de inserción de 12,00 a 12,8 mm (opcional). Pudiendo aumentar en el extremo distal. | 12mm | 12,8 mm |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Canal auxiliar de agua. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Función Foco dual, doble foco, o magnificación electrónica. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Función NBI, FICE o cromoscopia electrónica | FICE | NBI |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Canal de trabajo de 3,7 a 3,8 mm. | 3,8mm | 3,7 mm |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Conector tipo one touch o a un solo toque (sin cable conector). | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Angulaciones de 180° hacia arriba, 180° hacia abajo, 160° hacia la izquierda y 160° hacia la izquierda. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Campo de visión: Normal 140 a 170° y sea opcional. Frontal y cercano 160° Frontal. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Profundidad del campo normal de 2 a 5~100 mm, cerca 2~6 mm (opcional). | 2 a 100mm | 5 a 100mm |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Longitud de trabajo 1680 a 1690 mm. Y longitud total del tubo 1990 a 2005 mm. | 1690 y 1990mm | 1680 y 2005mm |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Con 3 (tres) a 4 (cuatro) botones programables para diferentes funciones en el endoscopio. | 4 botones | 4 botones |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Mínima distancia visible 2 a 3 mm. Desde el extremo distal. | 2mm | 4 mm |



12 (doce)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| Especificaciones Técnicas | Salumax | GT Scientific |
|---|---|---|
| | SI CUMPLE | No cumple |
| Capacidad de alta transmisión de fuerza con el torque 1:1 entre el mando y el tubo de inserción. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Rigidez variable del tubo de inserción. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| Laparoscopios HD de 10 mm. 0°, 30° y 45° de 31 cm | KARL STORZ | Olympus |
| | 26003AA / BA / FA | TEL-206 |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Imagen pantalla completa HD. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Compatible con el cabezal de cámara ofertado. | Cabezal 22220061-3 | Cabezal CV-190 |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| Laparoscopios HD de 5 mm. 0°, 30° y 45° de 29 cm | KARL STORZ | Olympus |
| | 26046AA / BA / FA | TEL- 225 |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Imagen pantalla completa HD. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Compatible con el cabezal de cámara ofertado. | Cabezal 22220061-3 | Cabezal CV-190 |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Cable Guía de Luz | KARL STORZ 495NE | OLYMPUS WA03210A |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Imagen pantalla completa HD. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Compatible con el cabezal de cámara ofertado. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Longitud de 250 a 300 cm. | 4,8mm x 300cm | 5,4 mm x 300 cm |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Video Duodenoscopio | ED-530XT | Q180V |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Con CCD. | Super CCD | Super CCD |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Visión Lateral | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Diámetro exterior del tubo de inserción 11,3 a 11,5 mm. y el extremo distal de 13,1 a 13,7 mm. | 11,5mm y 13,1mm | 11,3 y 13,7 mm |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Canal de trabajo de 4,2 mm. Para procedimientos terapéuticos. | 4,2mm | 4,2 " |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Angulaciones 120 a 130° hacia arriba, 90° hacia abajo, 90 a 110° hacia la derecha y 90 a 110° hacia la izquierda. | 130°; 90°; 110° y 90 | 120°; 90°; 110° y 90 |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Campo de visión de 98 a 100° (de preferencia 100°). | 100° | 100° |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Profundidad de campo 4 a 5 -60 mm. | 4 a 60mm | 5 a 60 mm |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Mínima distancia visible 10 mm (opcional). | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Longitud de trabajo 1240 a 1250 mm. Y longitud total del tubo 1550 mm. | 1250 y 1550mm | 1240 y 1550 mm |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| con 3 (tres) a 4 (cuatro) botones programables para diferentes funciones en el endoscopio. | 4 botones | 3 botones |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Mínima distancia visible 10 mm (opcional). Desde el extremo distal. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |





13(trece)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| Especificaciones Técnicas | Saturnax | GT Scientific |
|---|---|---|
| Insuflador | KARL STORZ | Olympus |
| | UI400 | UHI-3 |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Insuflador de 35 L/min o más. | 40L/min | 35L/MIN |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Respuesta a la fuga de gas retornando al nivel predeterminado. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Descompresión automática. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Alarma audiovisual cuando la presión abdominal es muy grande. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Tres configuraciones de flujo principal. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Que muestre las presiones actual y predeterminada en forma simultánea. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Compatible con conducto de gas médico de pared. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Tensión de red 220 VAC. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Cabezal de Cámara | KARL STORZ | Olympus |
| | 22220081-3 | CHS-190-XZ |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Cabezal de Cámara Full HD. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Función NBI (opcional) para laparoscopia. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Cabezal de 3 CCD. | 3x1/3" Chip CCD | 0,85x0,33" Chip CCD |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Autoclavable. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Compatible con Ópticas de 5 mm. y 10 mm. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Compatible con la torre ofertada. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Video Printer | SONY UP-25MD | SONY UP-25MD |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Modo de impresión de imágenes 2 a 4 divisiones | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Tamaño de hojas A6. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Interfaz RS-232C para funcionamiento con control remoto. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| 4 (cuatro) memorias de imagen para impresiones rápidas. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Resolución aproximada 400 dpi. | 423ppp | 423ppp |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Salida y entrada de señal de Video Compuesto, Y/C y RGB. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Voltaje 220-240 VCA. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| 1000 (mil) unidades de papel para la impresora. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Monitor | RADIANCE HD G2 | OEV262H |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Monitor LCD o LED HDTV grado médico de 21 pulgadas o más. | LCD 24pulgadas | LCD 26 pulgadas |
| | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Voltaje 220-240 VCA. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| Carro de Transporte | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Carro de transporte con ruedas y frenos en al menos 2 ruedas. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Con brazo para el monitor. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Con al menos 3 sub divisiones o bandejas. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Botón de encendido y apagado del todo el sistema de endoscopia en al carro. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |



14(catorce)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| Especificaciones Técnicas | Salumax | GT Scientific |
|---|---|---|
| Observaciones | - | - |
| Todo el sistema debe contar con un sistema de protección contra variación de tensión del sistema de red eléctrica y/o corte de energía, tal como una UPS ON LINE para equipos médicos. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| Tres años de garantía contra todo defecto de fabricación. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| 1(una) PC o laptop para elaboración de informes médicos y/o grabar videos. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |

Que, la Ing. Mirta Morán, miembro de este Comité de Evaluación, por medio de la Nota DB N° 070/16 expone su parecer técnico y recomienda cuanto sigue:

Asunción, 03 de marzo de 2016

D.B. N° 070 / 16 (SIMESE N° 19.181 /16)

**Señor**
**Ing. Mae. Sergio Barrios,** *Director General*
*Dirección General Operativo de Contrataciones*
*Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social*
*Presente*

Me dirijo a usted, a fin de remitir adjunto la planilla con la Reevaluación de las Especificaciones Técnicas de las Ofertas en el marco de la **LPN 46/15 "Adquisición de Torre para Videoendoscopio y Electrobisturí para el Hospital Nacional de Itauguá" I.D. N° 297.084.**

Luego de analizar nuevamente las ofertas presentadas en el **Ítem 1 "Torre Universal para Videoendoscopia Flexible y Laparoscopia"**, se llega a la siguiente conclusión:

En el ítem 1, la primera mejor oferta presentada por la Empresa SALUMAX S.A. cumple con todas las Especificaciones Técnicas requeridas en el PBC, así como se observa en la planilla que se adjunta, el costo ofertado es inferior al referencial en un -18.78%, además cumple en presentar los documentos que demuestran la capacidad técnica y conocimientos en equipos similares a los solicitados en el PBC. Se adjunta además nota a la DNCP del Dr. Carlos Adorno, Jefe de Endoscopia del Hospital Nacional de Itauguá, donde manifiesta que el equipo ofertado por la Empresa SALUMAX SA cumple con todos los requerimientos solicitados.

Siguiendo con el ítem 1, la segunda mejor oferta presentada por la Empresa GT SCIENTIFIC S.A. cumple con todas las Especificaciones Técnicas requeridas en el PBC, así como se observa en la planilla que se adjunta, no obstante, supera sustancialmente en un 106,17% el costo referencial, la copia de los contratos ejecutados de los últimos tres años (2012, 2013 y 2014), las facturas de ventas presentadas según nota del 16/09/2015, expediente N° 92658 en su carpeta de ofertas no corresponden a equipos similares a los solicitados en esta licitación, corresponden a Equipos de Laboratorio. Los equipos de Laboratorio son de características diferentes a los solicitados en esta licitación, lo solicitado en el Ítem 1 "Torre Universal para Videoendoscopia Flexible y Laparoscopia" es un equipo utilizado en quirófano para procedimientos de quirúrgicos de gran complejidad por lo cual requiere de soporte técnico calificado para la instalación, puesta en funcionamiento y capacitación de uso; y tal como establece el PBC Dos(2) años de cobertura de Garantía y Mantenimiento Preventivo y Asistencia Técnica; sobre dicho punto la Empresa GT SCIENTIFIC no demuestra documentalmente la capacidad técnica para el cumplimiento.

Por lo expuesto, y principalmente por que supera sustancialmente el costo referencial se recomienda desestimar la oferta presentada por la Empresa GT SCIENTIFIC en el ítem 1.

Por tanto se ratifica recomendación de adjudicación del Ítem 1 a la primera mejor oferta presentada por la Empresa SALUMAX SA.

Sin más que agregar se concluye con la reevaluación técnica de las ofertas de la LPN46/2015.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de saludarlo, muy respetuosamente.

Abg. Marco A. Jiménez G.
Asesor Jurídico

**Ing. Mirta Morán**
Miembro del Comité Evaluador
Representante de la Dirección Biomédica

**Abog. Laura Bordón**
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.O.T.E.S. - M.S.P. y B.S.



15(quince)

## 10. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme al Art. 4° PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta el informe, con la sugerencia de adjudicación a la empresa SALUMAX S.A., por cumplir los requisitos técnicos y legales solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente CUADRO:

| ITEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCION | Marca | Procedencia | U.M. | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42294944-998 | TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIO | FUJINON/KARL STORZ | JAPON/ALEMANIA | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.697.648.300 | 1.697.648.300 |
| PRECIO TOTAL ADJUDICADO (IVA INCLUIDO) | | | | | | | | | 1.697.648.300 |

**Son Guaraníes:** Un mil seiscientos noventa y siete millones seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos.-

**ES NUESTRO INFORME.**

- **Abg. Laura Bordón,**
Representante Dirección Gral. De Asesoría Jurídica.

- **Abg. Sonia Ledesma,**
Representante Dirección Gral. De Asesoría Jurídica.

- **Ing. Mirtha Morán,**
Representante de la Dirección de Biomédica de la DGGIES.

Ing. Mirtha Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

- **Abg. Marcos Giménez,**
Representante de la Asesoría Jurídica D.G.O.C.

C.P. Feliciano Miranda
Jefe del Dpto. de Compras Menores
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

- **C.P. Feliciano Miranda,**
Representante Dirección Gral. Operativa de Contrataciones.



16 (diez y seis)