"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870"

TETÃ MA TEKO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 1 : Lampara Scialítica de techo		ARGON SRL			SEMPRO SRL			VyV SA		
Nº	Descripción	Datos provistos por el oferente			Datos provistos por el oferente			Datos provistos por el oferente		
		Cumple	Particularidad	Folio	Cumple	Particularidad	Folio	Cumple	Particularidad	Folio
3.7	Indice de Rendimiento Cromático (Ra): 95% mínimo.	Si	95%		Si	96%		No especifica		
3.8	Irradiación energética: 3,9 mW/m2.Lux o menor	Si	3,2mW/m2.Lux		Si	3,9mW/m2.Lux		Si	3,9 mW/m2.Lux	
3.9	Reducción de sombras. En presencia de una máscara: 42% o mayor	Si	45%		Si	42%		No	20%	
3.10	Reducción de sombras. En presencia de dos máscaras: 49% o mayor	Si	60%		Si	49%		No	30%	
3.11	Reducción de sombras. En el fondo de un tubo: 96% o mayor	Si	100%		Si	96%		No	85%	
3.12	Reducción de sombras. En el fondo de un tubo con una máscara: 38% o mayor	Si	70%		Si	38%		No	20%	
3.13	Reducción de sombras. En el fondo de un tubo con dos máscaras: 46% o mayor	Si	56%		Si	46%		No	30%	
3.14	Cúpula con sistema de fijación con arco doble que permita sobre el eje del brazo principal y el eje del brazo secundario un giro de 360°, sin topes o trabas.	No	No se verifica el cumplimiento de la especificacion solicitada, en los catalogos presentados en la oferta original ni en la respuesta a la aclaracion solicitada al oferente.		Si	Cúpula con sistema de fijación con arco doble que permita sobre el eje del brazo principal y el eje del brazo secundario un giro de 360°, sin topes o trabas		Si	Cúpula con sistema de fijación con arco doble que permita sobre el eje del brazo principal y el eje del brazo secundario un giro de 360°, sin topes o trabas	
3.15	Volumen de luz elevado que permita la fácil focalización del campo luminoso.	Si	Volumen de luz elevado que permita la fácil focalización del campo luminoso.		Si	Volumen de luz elevado que permita la fácil focalización del campo luminoso.		N/A	No especifica	

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

Abog. José Enrique Aquino
Jefe de Departamento Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica

Abog. Ricardo Ortiz
Asesor Jurídico

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870"

TESÃI HA TEKO PORÃVE
SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Item 1 : Lampara Sciálitica de techo		ARGON SRL			SEMPRO SRL			VyV SA		
Nº	Descripción	Datos provistos por el oferente			Datos provistos por el oferente			Datos provistos por el oferente		
		Cumple	Parámetro	Folio	Cumple	Parámetro	Folio	Cumple	Parámetro	Folio
3.16	Cúpula cerrada, de superficie lisa, resistente a agentes desinfectantes. Totalmente compatible con instalaciones de flujo laminar	Si	Cúpula cerrada, de superficie lisa, resistente a agentes desinfectantes. Totalmente compatible con instalaciones de flujo laminar		Si	Cúpula cerrada, de superficie lisa, resistente a agentes desinfectantes. Totalmente compatible con instalaciones de flujo laminar		N/A	No especifica	
3.17	Una empuñadura reutilizable y autoclavable	Si	Una empuñadura reutilizable y autoclavable		Si	Una empuñadura reutilizable y autoclavable		N/A	No especifica	
4	Otras características									
4.1	Alimentación Eléctrica 220VAC/50Hz.	Si	220VAC/50Hz.		Si	220VAC/50Hz.			220VAC/50Hz	
4.2	Vida media útil de los LEDs 50.000hs, mínimo	Si	Vida media útil de los LEDs 50.000hs		Si	Vida media útil de los LEDs 50.000hs		N/A	Luz Halogena	
4.3	La Irradiancia total máxima de las dos cúpulas (principal y satélite) no debe superar 1.000 W/m² para las dos cúpulas, de acuerdo a la IEC 60601-2-41.	Si	La Irradiancia total máxima de las dos cúpulas (principal y satélite) no supera 1.000 W/m² para las dos cúpulas, de acuerdo a la IEC 60601-2-41.		Si	La Irradiancia total máxima de las dos cúpulas (principal y satélite) no supera 1.000 W/m² para las dos cúpulas, de acuerdo a la IEC 60601-2-41.		Si	La Irradiancia total máxima de las dos cúpulas (principal y satélite) no supera 1.000 W/m² para las dos cúpulas, de acuerdo a la IEC 60601-2-41.	

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos M. Gómez
Asesor Jurídico

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 1 : Lampara Scialítica de techo		ARGON SRL			SEMPRO SRL			VyV SA		
Nº	Descripción	Datos provistos por el oferente			Datos provistos por el oferente			Datos provistos por el oferente		
		Cumple	Referencia	Folio	Cumple	Referencia	Folio	Cumple	Referencia	Folio
4,4	La cúpula principal debe estar precableada para en el futuro recibir una videocámara estandar integrada sin afectar el funcionamiento de la scialítica. Las cúpula principal y su brazo deben contar con el precableado y accesorios necesarios para la instalación correspondiente.	N/A	Videocamara (Opcional) al modelo Ofertado Luvis L200		Si	Cúpula principal precableada para en el futuro recibir una videocámara estandar integrada sin afectar el funcionamiento de la scialítica. Las cúpula principal y su brazo cuentan con el precableado y accesorios necesarios para la instalación correspondiente.		No	No cumple	
4,5	Idioma paneles: español u otro idioma con el lenguaje pictórico correspondiente.	Si	Lenguaje pictorico		Si	Idioma español con el lenguaje pictórico del fabricante		Si	Idioma inglés con el lenguaje pictórico del fabricante	

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. Cristian E. Ortiz B.
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. Mirta Morales
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

Ing. Mirta Morales
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.

Abog. Cristian E. Ortiz B.
Director
Asesor Jurídico

"BESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870"

TESÃI HA TEKO POÃÃVÉ
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
GOBIERNO NACIONAL
Dirección General de Gestión de Recursos Estratégicos en Salud

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 1 : Lampara Scialitica de techo		ARGON SRL			SEMPRO SRL			VyV SA		
Nº	Descripción	Datos provistos por el oferente			Datos provistos por el oferente			Datos provistos por el oferente		
		Cumple	Particularidades	Folio	Cumple	Particularidades	Folio	Cumple	Particularidades	Folio
4,6	Garantía: Dos (02) años. La garantía deberá incluir mano de obra y repuestos necesarios, para el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante en este intervalo de tiempo. Si el equipo es dañado por falta de mantenimiento preventivo deberá ser sustituido por uno nuevo.	No	Garantía: Un (01) año. La garantía deberá incluir mano de obra y repuestos necesarios, para el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante en este intervalo de tiempo. Si el equipo es dañado por falta de mantenimiento preventivo deberá ser sustituido por uno nuevo.	No cumple. Conforme se indica en Folio 42 de la Aclaración remitida por el oferente	Si	Garantía: Dos (02) años. La garantía deberá incluir mano de obra y repuestos necesarios, para el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante en este intervalo de tiempo. Si el equipo es dañado por falta de mantenimiento preventivo deberá ser sustituido por uno nuevo.		Si	Garantía: Dos (02) años. La garantía deberá incluir mano de obra y repuestos necesarios, para el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante en este intervalo de tiempo. Si el equipo es dañado por falta de mantenimiento preventivo deberá ser sustituido por uno nuevo.	
4,7	Manuales: Un (01) del usuario o de operación: Español . Un (1) manual técnico: Español, Inglés o Portugués Todos los manuales deberan ser originales	Si	Manuales: Un (01) del usuario o de operación: Español . Un (1) manual técnico: Español, Inglés o Portugués Todos los manuales deberan ser originales		Si	Manuales: Un (01) del usuario o de operación: Español . Un (1) manual técnico: Español, Inglés o Portugués Todos los manuales deberan ser originales		Si	Manuales: Un (01) del usuario o de operación: Español . Un (1) manual técnico: Español, Inglés o Portugués Todos los manuales deberan ser originales	

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P.B.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P.B.S.

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 1 : Lampara Scialítica de techo		ARGON SRL			SEMPRO SRL			VyV SA		
Nº	Descripción	Datos provistos por el oferente			Datos provistos por el oferente			Datos provistos por el oferente		
		Cumple	Referencia	Folio	Cumple	Referencia	Folio	Cumple	Referencia	Folio
4.8	Catálogos originales en idioma Español, Portugués o Ingles donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.	Si	Catálogos originales en idioma Español, Portugués o Ingles donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.		Si	Catálogos originales en idioma Español, Portugués o Ingles donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.		Si	Catálogos originales en idioma Español, Portugués o Ingles donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.	
4.9	Direcciones Web y correo electrónico del fabricante donde se pueda obtener información del producto ofertado.	N/A	www.luvis.co.kr	La direccion web proporcionada por el oferente no permite acceso al sitio web del fabricante.	Si	www.maquet.com		N/A	alibaba.com	La direccion web proporcionada por el oferente no permite acceso al sitio web del fabricante.
4.10	La instalación, conexión, puesta en funcionamiento y entrenamiento a usuarios debe ser realizado por el oferente.	Si	La Instalación, conexión, puesta en funcionamiento y entrenamiento a usuarios sera realizado por el oferente.		Si	La Instalación, conexión, puesta en funcionamiento y entrenamiento a usuarios sera realizado por el oferente.		Si	La Instalación, conexión, puesta en funcionamiento y entrenamiento a usuarios sera realizado por el oferente.	

Abog. Jorge Martínez Aquino
Jefe Dpto. de Afiliación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 2: MESA QUIRURGICA PARA PROCEDIMIENTOS GENERALES.

Nº de Orden	Especificaciones Técnicas Referenciales Mínimas	Salous SRL			Albatros SACI			Argos SRL			V y V SA		
		Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
1	Características mínimas requeridas:												
1.1	Mesa para Quirófano con accesorios y juego de colchonetas para procedimientos generales		Mesa para Quirófano con accesorios y juego de colchonetas para procedimientos generales			Mesa para Quirófano con accesorios y juego de colchonetas para procedimientos generales			Mesa para Quirófano con accesorios y juego de colchonetas para procedimientos generales			Mesa para Quirófano con accesorios y juego de colchonetas para procedimientos generales	
1.2	MARCA:		Novamec			Advanced			ST-Francis			Jemho	
1.3	MODELO:		MEC/S-140			OT-30			OT-600A			300RAB	
1.4	PROCEDENCIA:		Brasil			USA			Taiwan			China	
1.5	AÑO DE FABRICACION:		2016			2016			2016			Alibaba.com	
1.6	Normas de Calidad para los ítems a ofertar: ISO / CE / UL / FDA / TÜV, Normas del Mercosur o al menos una de ellas, aclarar en la oferta cual norma cumple cada bien ofertado.-	Si	Anvisa		Si	FDA, CE		Si	CE		Si	CE	
1.7	Seguridad hidráulica acorde a normas internacionales.	No	No se verifica cumplimiento en los catalogos presentados ni en la respuesta a aclaracion solicitada al oferente.		Si	Seguridad hidráulica acorde a normas internacionales.		No	No se verifica cumplimiento en los catalogos presentados ni en la respuesta a aclaracion solicitada al oferente.		No	No se verifica cumplimiento en los catalogos presentados ni en la respuesta a aclaracion solicitada al oferente.	
1.8	Estructura de acero cromo niquel o salmuda con pintura antiestática, secada al horno y pulido sanitario.	Si	Estructura de acero inoxidable		Si	Estructura de acero cromo niquel		Si	Estructura de acero inoxidable		Si	Estructura de acero inoxidable	
1.9	Articulaciones esféricas, amortiguadas y bloqueables.	Si	Articulaciones esféricas, amortiguadas y bloqueables.		Si	Articulaciones esféricas, amortiguadas y bloqueables.		Si	Articulaciones esféricas, amortiguadas y bloqueables.		Si	Articulaciones esféricas, amortiguadas y bloqueables.	

Abog. Mosés Martínez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
D.G.G.I.E.S.
Dpto. de Asesoría Jurídica

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S. M.S.P. y B.S.

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 2: MESA QUIRURGICA PARA PROCEDIMIENTOS GENERALES.

N° de Orden	Especificaciones Técnicas Referenciales Mínimas	Falcon SRL			Albatros SACI			Argon SRL			V y V SA		
		Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
1.10	Tablero permeable a rayos x con soporte para porta chasis de película radiográfica.	Si	Tablero permeable a rayos x con soporte para porta chasis de película radiográfica.		Si	Tablero permeable a rayos x con soporte para porta chasis de película radiográfica.		Si	Tablero permeable a rayos x con soporte para porta chasis de película radiográfica.		Si	Tablero permeable a rayos x con soporte para porta chasis de película radiográfica.	
1.11	Estructura en varios segmentos.	Si	Estructura en varios segmentos.		Si	Estructura en 5 segmentos		Si	Estructura en varios segmentos.		Si	Estructura en varios segmentos.	
1.12	Colchonetas de varias secciones con relleno de espuma integral, tapizado con cuerina natural o sintético, permeable a rayos X, eléctricamente conductivo, desmontables individualmente y lavables.	Si	Colchonetas de varias secciones con relleno de espuma integral, tapizado con cuerina natural o sintético, permeable a rayos X, eléctricamente conductivo, desmontables individualmente y lavables.		Si	Colchonetas de varias secciones con relleno de espuma integral, tapizado con cuerina natural o sintético, permeable a rayos X, eléctricamente conductivo, desmontables individualmente y lavables.		Si	Colchonetas de varias secciones con relleno de espuma integral, tapizado con cuerina natural o sintético, permeable a rayos X, eléctricamente conductivo, desmontables individualmente y lavables.		Si	Colchonetas de varias secciones con relleno de espuma integral, tapizado con cuerina natural o sintético, permeable a rayos X, eléctricamente conductivo, desmontables individualmente y lavables.	
1.13	Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico.	Si	Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico.		Si	Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico.		Si	Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico.		Si	Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico.	

Abog. José R. Benítez Aquino
Jefe de Verificación Contractual
Dirección Jurídica

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. Y B.S.

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870"

TESÁI MA TENIO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES
GOBIERNO NACIONAL
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 2: MESA QUIRURGICA PARA PROCEDIMIENTOS GENERALES.

N° de Orden	Especificaciones Técnicas Referenciales Mínimas	Falcon SRL			Albatros SACI			Argoa SRL			V y V SA		
		Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
1.14	Inclinaciones del lecho con activación por manivelas mecánicas para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas.	Si	Inclinaciones del lecho con activación por manivelas mecánicas para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas.		Si	Inclinaciones del lecho con activación por manivelas mecánicas para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas.		Si	Inclinaciones del lecho con activación por manivelas mecánicas para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas.		Si	Inclinaciones del lecho con activación por manivelas mecánicas para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas.	
1.15	Rieles y soportes para fijación de accesorios para la cirugía.	Si	Rieles y soportes para fijación de accesorios para la cirugía.		Si	Rieles y soportes para fijación de accesorios para la cirugía.		Si	Rieles y soportes para fijación de accesorios para la cirugía.		Si	Rieles y soportes para fijación de accesorios para la cirugía.	
1.16	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.	Si	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.		Si	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.		Si	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.		Si	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.	
1.18	Base montada sobre rueditas de marcha suave, bloqueables y retráctiles.	Si	Base montada sobre rueditas de marcha suave, bloqueables y retráctiles.		Si	Base montada sobre rueditas de marcha suave, bloqueables y retráctiles.		Si	Base montada sobre rueditas de marcha suave, bloqueables y retráctiles.		Si	Base montada sobre rueditas de marcha suave, bloqueables y retráctiles.	
2	Características Técnicas Mínimas:												
2.1	Inclinación Trendelenburg y Trendelenburg inversa mayor o igual 25°.	Si	40°		Si	25°			30°		Si	30°	
2.2	Inclinación lateral mayor o igual 15° (izquierda/derecha).	Si	25°		Si	18°			20°		Si	20°	
2.3	Inclinación de la plica de respaldo mayor o igual 60°/50° (subida/bajada).	Si	80°/50°		Si	75°/75°		No	40/25°		Si	80°/50°	
2.4	Inclinación de la plica y apoya piernas mayor o igual 10°/100°(subida/bajada)	Si	10°/100°		Si	10°/100°		No	0°/90°		No	50°/90°	

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.G.I.E.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN N° 42 / 2016

Ítem 2: MESA QUIRURGICA PARA PROCEDIMIENTOS GENERALES.

N° de Orden	Especificaciones Técnicas Referenciales Mínimas	Falcon SRL			Albatros SACI			Argos SRL			V y V SA		
		Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
2.5	Posicionamiento para cirugía ginecológica	Si	Posicionamiento para cirugía ginecológica		Si	Posicionamiento para cirugía ginecológica		Si	Posicionamiento para cirugía ginecológica		Si	Posicionamiento para cirugía ginecológica	
2.6	Capacidad mínima de 200 kilogramos.	Si	220 Kg		Si	200 Kg		Si	200 Kg		No	135 Kg	
3	Accesorios Mínimos por Equipo:												
3.1	Apoya cabezas, correas de fijación, apoya brazo y muñequeras.	Si	Apoya cabezas, correas de fijación, apoya brazo y muñequeras.		Si	Apoya cabezas, correas de fijación, apoya brazo y muñequeras.		Si	Apoya cabezas, correas de fijación, apoya brazo y muñequeras.		Si	Apoya cabezas, correas de fijación, apoya brazo y muñequeras.	
3.2	Porta chasis para Rayos X.	Si	Porta chasis para Rayos X.		Si	Porta chasis para Rayos X.		Si	Porta chasis para Rayos X.		Si	Porta chasis para Rayos X.	
3.3	Sujeta cabezas y mástil para suero de doble servicio.	Si	Sujeta cabezas y mástil para suero de doble servicio.		Si	Sujeta cabezas y mástil para suero de doble servicio.		Si	Sujeta cabezas y mástil para suero de doble servicio.		Si	Sujeta cabezas y mástil para suero de doble servicio.	
3.4	Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelenburg, renal, etc.	Si	Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelenburg, renal, etc.		Si	Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelenburg, renal, etc.		Si	Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelenburg, renal, etc.		Si	Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelenburg, renal, etc.	
3.5	Juego de accesorios para cirugía general: 1(un) Arco de Narcose, 1 (un) par de hombreras, 1 (un) un par de posa pies, 1(un) juego de colchones lavables y 1 (un) par de apoya mano, como mínimo.	Si	Juego de accesorios para cirugía general: 1(un) Arco de Narcose, 1 (un) par de hombreras, 1 (un) un par de posa pies, 1(un) juego de colchones lavables y 1 (un) par de apoya mano, como mínimo.		Si	Juego de accesorios para cirugía general: 1(un) Arco de Narcose, 1 (un) par de hombreras, 1 (un) un par de posa pies, 1(un) juego de colchones lavables y 1 (un) par de apoya mano, como mínimo.		Si	Juego de accesorios para cirugía general: 1(un) Arco de Narcose, 1 (un) par de hombreras, 1 (un) un par de posa pies, 1(un) juego de colchones lavables y 1 (un) par de apoya mano, como mínimo.		Si	Juego de accesorios para cirugía general: 1(un) Arco de Narcose, 1 (un) par de hombreras, 1 (un) un par de posa pies, 1(un) juego de colchones lavables y 1 (un) par de apoya mano, como mínimo.	

Abog. José M. Martínez Aquino
Jefe Dpto. de Planificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. Mirta Merán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S. M.S.P. y B.S.

L.P.N. N° 42/2016 – I.D. Nº 313.388

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 2: MESA QUIRURGICA PARA PROCEDIMIENTOS GENERALES.

Nº de Orden	Especificaciones Técnicas Referenciales Mínimas	Falcon SRL			Albatros SACI			Argon SRL			V y V SA		
		Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
3.6	Juego de accesorios para cirugía ginecológica: 1 (un) par de piocera y 1 (una) gaveta colectora, como mínimo.	Si	Juego de accesorios para cirugía ginecológica: 1 (un) par de piocera y 1 (una) gaveta colectora, como mínimo.		Si	Juego de accesorios para cirugía ginecológica: 1 (un) par de piocera y 1 (una) gaveta colectora, como mínimo.		Si	Juego de accesorios para cirugía ginecológica: 1 (un) par de piocera y 1 (una) gaveta colectora, como mínimo.		Si	Juego de accesorios para cirugía ginecológica: 1 (un) par de piocera y 1 (una) gaveta colectora, como mínimo.	
3.7	Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años después de la adquisición del equipo	Si	Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años después de la adquisición del equipo		Si	Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años después de la adquisición del equipo		Si	Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años después de la adquisición del equipo		Si	Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años después de la adquisición del equipo	
3.8	Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.	Si	Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.		Si	Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.		Si	Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.		Si	Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.	

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S

Asesor Jurídico

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 3: MESA QUIRURGICA PARA TRAUMATOLOGIA.

Nº de Orden	Especificaciones Técnicas Referenciales Mínimas	Falcon SRL			V y V SA			Albatros SACI		
		Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
1	Características mínimas requeridas:									
1.1	Mesa para Quirófano con accesorios y juego de colchonetas para procedimientos de traumatología.		Mesa para Quirófano con accesorios y juego de colchonetas para procedimientos de traumatología.			Mesa para Quirófano con accesorios y juego de colchonetas para procedimientos de traumatología.			Mesa para Quirófano con accesorios y juego de colchonetas para procedimientos de traumatología.	
1.2	MARCA:		NOVAMEC			Jumbo			Advanced	
1.3	MODELO:		MEC/S-140			3008AB			OT-500	
1.4	PROCEDENCIA:		Brasil			China			USA	
1.5	AÑO DE FABRICACION:		2016			2016			2016	
1.6	Normas de Calidad para los ítems a ofertar: ISO / CE / LLC / FDA / TLV. Normas del Mercosur o al menos una de ellas, aclarar en la oferta cual norma cumple cada bien ofertado.-		Anvisa			CE			ISO, CE	
1.7	Seguridad hidráulica acorde a normas internacionales.	No	No se verifica el cumplimiento de la especificacion solicitada, en los catalogos presentados en la oferta original ni en la respuesta a la aclaracion solicitada al oferente.		No	No se verifica el cumplimiento de la especificacion solicitada, en los catalogos presentados en la oferta original ni en la respuesta a la aclaracion solicitada al oferente.		Si	Seguridad hidráulica acorde a normas internacionales.	
1.8	Estructura de acero cromo níquel o subnada con pintura antiestática, secada al horno y pulido sanitario.	Si	Estructura de acero inoxidable.		Si	Estructura de acero inoxidable.		Si	Estructura de acero inoxidable.	
1.9	Articulaciones esféricas, amortiguadas y bloqueables.	Si	Articulaciones esféricas, amortiguadas y bloqueables.		Si	Articulaciones esféricas, amortiguadas y bloqueables.		Si	Articulaciones esféricas, amortiguadas y bloqueables.	

Abogado José M. Benítez Aquino
Director General de Asesoría Jurídica

Ing. Mirta M. G. Díaz Vera
Dirección de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

Abogado Gustavo Daniel Benítez B.
Director
Dirección de Sumarios
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870"

TESÁI HA TEKO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DNGIPA
GOBIERNO NACIONAL
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 3: MESA QUIRURGICA PARA TRAUMATOLOGIA.

Nº de Orden	Especificaciones Técnicas Referenciales Mínimas	Falcon SRL			V y V SA			Albatros SACI		
		Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
I.10	Tablero permeable a rayos x con soporte para porta chasis de película radiográfica.	Si	Tablero permeable a rayos x con soporte para porta chasis de película radiográfica.		Si	Tablero permeable a rayos x con soporte para porta chasis de película radiográfica.		Si	Tablero permeable a rayos x con soporte para porta chasis de película radiográfica.	
I.11	Estructura en varios segmentos.	Si	Estructura en varios segmentos.		Si	Estructura en varios segmentos.		Si	Estructura en varios segmentos.	
I.12	Colchonetas de varias secciones con relleno de espuma integral, tapizado con cuerina natural o sintético, permeable a rayos X, eléctricamente conductivo, desmontables individualmente y lavables.	Si	Colchonetas de varias secciones con relleno de espuma integral, tapizado con cuerina natural o sintético, permeable a rayos X, eléctricamente conductivo, desmontables individualmente y lavables.		Si	Colchonetas de varias secciones con relleno de espuma integral, tapizado con cuerina natural o sintético, permeable a rayos X, eléctricamente conductivo, desmontables individualmente y lavables.		Si	Colchonetas de varias secciones con relleno de espuma integral, tapizado con cuerina natural o sintético, permeable a rayos X, eléctricamente conductivo, desmontables individualmente y lavables.	
I.13	Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico.	Si	Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico.		Si	Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico.		Si	Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico.	
I.14	Inclinaciones del lecho con activación por manivelas mecánicas para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas.	Si	Inclinaciones del lecho con activación por manivelas mecánicas para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas.		Si	Inclinaciones del lecho con activación por manivelas mecánicas para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas.		Si	Inclinaciones del lecho con activación por manivelas mecánicas para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas por Sistema Electrohidraulico.	

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870"

TESÁI HA TEKO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
GOBIERNO NACIONAL
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 3: MESA QUIRURGICA PARA TRAUMATOLOGIA.

Nº de Orden	Especificaciones Técnicas Referenciales Mínimas	Falcon SRL			V y Y SA			Albatros SACI		
		Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
1.15	Rieles y soportes para fijación de accesorios para la cirugía.	Si	Rieles y soportes para fijación de accesorios para la cirugía.		Si	Rieles y soportes para fijación de accesorios para la cirugía.		Si	Rieles y soportes para fijación de accesorios para la cirugía.	
1.16	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.	Si	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.		Si	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.		Si	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.	
1.18	Base montada sobre ruoditas de marcha suave, bloqueables y retráctiles.	Si	Base montada sobre ruoditas de marcha suave, bloqueables y retráctiles.		Si	Base montada sobre ruoditas de marcha suave, bloqueables y retráctiles.		Si	Base montada sobre ruoditas de marcha suave, bloqueables y retráctiles.	
2	Características Técnicas Mínimas:									
2.1	Inclinación Trendelenburg y Trendelenburg inversa mayor o igual a 25°.	Si	40°		Si	Inclinación Trendelenburg y Trendelenburg inversa mayor igual 25°.	30°	Si	Inclinación Trendelenburg y Trendelenburg inversa igual a 25°.	
2.2	Inclinación lateral mayor o igual 15° (izquierda/derecha).	Si	25°		Si	Inclinación lateral mayor o igual 15° (izquierda/derecha).	20°	Si	Inclinación lateral igual a 15° (izquierda/derecha).	
2.3	Inclinación de la placa de respaldo mayor o igual 60°/50° (subida/bajada).	Si	80°/50°		Si	Inclinacion de la placa de respaldo mayor o igual 60°/50° (subida/bajada).	80°/50°	Si	Inclinación de la placa de respaldo 75°/ (subida/bajada).	
2.4	Inclinación de la placa y apoya piernas mayor o igual 10°/100°(subida/bajada)	Si	10°/100°		No	Inclinación de la placa y apoya piernas mayor o igual 10°/100°(subida/bajada)	50°/90°	Si	Inclinación de la placa y apoya piernas mayor o igual 10°/100°(subida/bajada).	

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Ing. Mirta M...
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.