MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER - Capiatá - Paraguay

Viva Paraguay

Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 33 – Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECOGRAFO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2013

Item N°	Descripción y Especificaciones Técnicas	JACK FACK S.R.L.		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	***Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Ecografo :*** Mantenimiento preventivo en forma semestral, de los siguientes servicios sin provisión de repuestos. a. Verificación y limpieza externa del equipo, comprobar daños en la estructura externa y que esté correctamente fijado. b. Verificación de la seguridad de las fijaciones y la estructura propia del equipo c. Verificación del sistema de cableado y conexión de red. Comprobación del estado del sistema de cableado de monitor, impresora, etc. d. Verificación del interruptor principal (accionamiento, bloqueos, etc.) revisar fusibles. Comprobación del interruptor principal de impresora (si tuviera) e. Comprobación de los controles e interruptores, como también el panel frontal del equipo. f. Comprobación del sistema de alarmas del equipo (si tuviera) g. Verificación de funcionamiento del pedal: todas sus funciones. Revisar los switches (llaves) y limpiar. h. Verificación del sistema de transporte (ruedas y frenos), limpieza, lubricación ó cambio si se requiere. i. Verificación de la impresora: limpieza del cabezal y de su sistema de movimiento. Limpieza del sistema de movimiento del arrastre de papel, etc. j. Verificación de las sondas/transductores, alojamientos de soporte y cable (golpes, suciedad, etc.), verificación del estado de conectores de las sombras del ecógrafo. k. Comprobar el funcionamiento de ventiladores extractores. Limpieza de filtros y cambio de los mismos. l. Verificación del monitor: 1- Limpieza general 2- Funcionamiento general 3- Ajuste de controles de brillo y contraste 4- Comprobar agotamiento del monitor Limpieza interna del equipo Dejar el equipo instalado y en funcionamiento Garantía por el trabajo realizado por el término de 1 (un) año, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.	2	6.600.000	13.200.000
	TOTAL GENERAL			**13.200.000**

Lic. Juan Lorenzo Téllez
Administrador

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
DIRECCION GENERAL

Dr. Emigdio Idoyaga Zárate
Director General

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2013

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ECOGRAFO"

En la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los 27 días del mes de mayo del año dos mil trece, en el local de la Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 33 **"Instituto Nacional del Cáncer"**, sito en Ruta Nº 2, Km. 23½, Ramal Areguá, de la ciudad de Capiatá, se procede a la evaluación de las ofertas recibidas al llamado a **Contratación Directa Nº 08/2013, "Mantenimiento Preventivo del Ecógrafo "** para el Instituto Nacional del Cáncer, ID Nº 252.791.-

Se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación conformado por las siguientes personas:

1. **Lic. Juan Lorenzo Téllez;** Administrador
2. **Sr. Eduardo Espínola**; Jefe Dpto. de Contrataciones
3. **Dr. Ricardo Cuevas;** Jefe Dpto. de Radiología
4. **Tec. Sonia Zárate;** Jefa Dpto. de Electromedicina

PRIMERO: El llamado a CD Nº 08/2013 es Adjudicado por el Total.-

SEGUNDO: Para la realización del presente **llamado**, se cursó invitación a **5 (cinco) empresas**, las cuales son: **DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A., VIPAL S.A., VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A., SEMPRO S.A. Y JACK FACK S.R.L...**

TERCERO: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres de Ofertas realizadas en fecha 23 de mayo del 2013.-

CUARTO: Se recepcionó 1 (Un) sobre, presentados por el siguiente oferente: **JACK FACK S.R.L.**

QUINTO: Se procede a realizar el análisis y elaborar el informe técnico de cada uno de los ítems de los productos ofertados por los diferentes proveedores, cuyas documentaciones legales están en condiciones en base al cual se procede a realizar la recomendación de Adjudicación siguiente:

Ítem	Descripción	Empresa Adjudicada	Recomendación de Evaluación
1	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ecógrafo : Mantenimiento preventivo en forma semestral, de los siguientes servicios sin provisión de repuestos. Incluyendo los siguientes: a. Verificación y limpieza externa del equipo, comprobar daños en la estructura externa y que esté correctamente fijado. b. Verificación de la seguridad de las fijaciones y la estructura propia del equipo c. Verificación del sistema de cableado y conexión de red. Comprobación del estado del sistema de cableado de monitor, impresora, etc. d. Verificación del interruptor principal (accionamiento, bloqueos, etc.) revisar fusibles. Comprobación del interruptor	Jack Fack S.R.L.	Se recomienda la adjudicación a la empresa Jack Fack S.R.L., por cumplir con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el llamado y por ser la única oferta susceptible de analizar técnica y económicamente, la cual cumple con los requisitos solicitados en el llamado y en base al Art. N°1 de la Resolución N° 805/09, donde expresa que:.....En caso de que en la segunda fecha de apertura de sobres no se contare con el número mínimo de oferentes, la convocante podrá acogerse a la salvedad prevista por el Art.34 Inc. "C" de la Ley 2051/03, haciéndose responsable de la adjudicación.

Eduardo Espínola
Jefe Dpto. Contrataciones
Instituto Nacional del Cáncer

Sonia M Zárate L
Jefe Electromedicina
Instituto Nacional del Cáncer

RICARDO CUEVAS
Radiología y Cirugía

Lorenzo Téllez

	principal de impresora (si tuviera) e. Comprobación de los controles e interruptores, como también el panel frontal del equipo. f. Comprobación del sistema de alarmas del equipo (si tuviera) g. Verificación de funcionamiento del pedal: todas sus funciones. Revisar los switches (llaves) y limpiar. h. Verificación del sistema de transporte (ruedas y frenos), limpieza, lubricación ó cambio si se requiere. i. Verificación de la impresora: limpieza del cabezal y de su sistema de movimiento. Limpieza del sistema de movimiento del arrastre de papel, etc. j. Verificación de las sondas/transductores, alojamientos de soporte y cable (golpes, suciedad, etc.), verificación del estado de conectores de las sombras del ecógrafo. k. Comprobar el funcionamiento de ventiladores extractores. Limpieza de filtros y cambio de los mismos. l. Verificación del monitor: 1- Limpieza general 2- Funcionamiento general 3- Ajuste de controles de brillo y contraste 4- Comprobar agotamiento del monitor Limpieza interna del equipo Dejar el equipo instalado y en funcionamiento Garantía por el trabajo realizado por el término de 1 (un) año, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.		

SEXTO: El Comité de Evaluación verifica el registro de inhabilidades en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas constatando que ninguno de los oferentes se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado Paraguayo.

SEPTIMO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el llamado, la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y el Decreto Nº 21909/03 que lo reglamenta, y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité de Evaluación recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:

OFERENTE	RUC	ITEMS ADJUDICADOS	MONTO ADJUDICADO Gs.
1. JACK FACK S.R.L.	80003631-0	1	13.200.000
TOTAL GENERAL GUARANIES			13.200.000.-

Monto Total Adjudicado: guaraníes TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL.-

Sr. Eduardo Espínola
Dpto. Contrataciones
Nacional del Cáncer

CUEVAS
Cirugía

Sonia M. Zárate L.
Electromedicina
del Cáncer

Lic. Juan Lorenzo Tellez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

No habiendo otro tema que tratar al respecto del presente proceso, se suscribe el presente acta por los presentes, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en el lugar y fecha de su otorgamiento, previa lectura y ratificación del mismo.

Tec. Eduardo Espínola
Jefe Dpto. de Contrataciones

Lic. Juan Lorenzo Téllez
Administrador
Lic. Juan Lorenzo Téllez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

Sonia Zárate
Jefa Dpto. de Electromedicina
Sonia M Zárate D
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Dr. Ricardo Cuevas
Jefe Dpto. de Radiología
RICARDO CUEVAS
Dr. en Medicina y Cirugía
Reg. Prof. N° 7382

Dr. Emigdio Idoyaga Zárate
Director Gen

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

Viva Paraguay

Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 33 – Instituto Nacional del Cáncer

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACION DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ECOGRAFO
CONTRATACION DIRECTA N° 08/2013

ITEM	DOCUMENTOS	TIPOS DE DOCUMENTOS	JACK FACK S.R.L.
1	**El Formulario de Oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2**	Sustancial	Cumple
2	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta	Formal	Cumple
3	Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC);	Formal	Cumple
4	Fotocopia simple de su última declaración de IVA	Formal	Cumple
5	Fotocopia simple de su última declaración del Impuesto a la Renta	Formal	Cumple
6	Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica)	Formal	Cumple
7	Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).	Formal	Cumple
8	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas	Sustancial	Cumple
9	Certificado Bancario de poseer Cuenta Corriente Bancaria	Formal	Cumple
10	Certificado de cumplimiento tributario vigente y actualizado	Formal	Cumple
11	Declaración jurada por la cual se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la organización internacional del trabajo (OIT), el código del trabajo, el código de la niñez y la adolescencia, demás leyes y Normativas vigentes en la República del Paraguay	Sustancial	Cumple

Tec. Eduardo Espinola
Jefe de Dpto. de Contrataciones

Lic. Juan Lorenzo Téllez
Lic. Juan Lorenzo Téllez
Administrador
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

Tec. Sonia Zárate
Jefa Dpto. de Electromedicina

Sonia M Zárate C
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Dr. Ricardo Cuevas
Jefe Dpto. de Radiologia

RICARDO CUEVAS
Dr. en Medicina y Cirugía
Reg. Prof. N° 7382

Dr. Emigdio Idoyaga Zárate
Director General
Instituto Nacional del Cáncer

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER – Capiatá - Paraguay

Viva Paraguay

Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 33 – Instituto Nacional del Cáncer

ANEXO "B"

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESFECIFICACIONES TECNICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ECOGRAFO

CONTRATACION DIRECTA N° 08/2013

ITEM	DESCRIPCIÓN /ESPECIFICACIONES TECNICAS	JACK FACK S.R.L.
1	***Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Ecografo :*** Mantenimiento preventivo en forma semestral, de los siguientes servicios sin provisión de repuestos. Incluyendo los siguientes: a. Verificación y limpieza externa del equipo, comprobar daños en la estructura externa y que esté correctamente fijado. b. Verificación de la seguridad de las fijaciones y la estructura propia del equipo c. Verificación del sistema de cableado y conexión de red. Comprobación del estado del sistema de cableado de monitor, impresora, etc. d. Verificación del interruptor principal (accionamiento, bloqueos, etc.) revisar fusibles. Comprobación del interruptor principal de impresora (si tuviera) e. Comprobación de los controles e interruptores, como también el panel frontal del equipo. f. Comprobación del sistema de alarmas del equipo (si tuviera) g. Verificación de funcionamiento del pedal: todas sus funciones. Revisar los switches (llaves) y limpiar. h. Verificación del sistema de transporte (ruedas y frenos), limpieza, lubricación ó cambio si se requiere. i. Verificación de la impresora: limpieza del cabezal y de su sistema de movimiento. Limpieza del sistema de movimiento del arrastre de papel, etc. j. Verificación de las sondas/transductores, alojamientos de soporte y cable (golpes, suciedad, etc.), verificación del estado de conectores de las sombras del ecógrafo. k. Comprobar el funcionamiento de ventiladores extractores. Limpieza de filtros y cambio de los mismos. l. Verificación del monitor: 1- Limpieza general 2- Funcionamiento general 3- Ajuste de controles de brillo y contraste 4- Comprobar agotamiento del monitor Limpieza interna del equipo Dejar el equipo instalado y en funcionamiento Garantía por el trabajo realizado por el término de 1 (un) año, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.	**CUMPLE**

Tec. Eduardo Espinola
Jefe Dpto. de Contrataciones

Lic. Juan Lorenzo Téllez
Administrador

Lic. Juan Lorenzo Tellez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

Sonia Zárate
Jefa Dpto. de Electromedicina

Sonia M Zárate D
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Dr. Ricardo Cuevas
Jefe Dpto. de Radiologia

RICARDO CUEVAS
Dr. en Medicina y Cirugía
Reg. Prof. N° 7382

Dr Emigdio Idoyaga Zárate
Director General
Instituto Nacional del Cáncer