POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI Paraguái Ñetãyguáva mbaé

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones

ACTA N° 67/2020 DE APERTURA DE SOBRES OFERTAS DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 33/2020 ADQUISICIÓN DE VENTILADOR PULMONAR, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Y MAQUINA DE ANESTESIA - ID 383984

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 04 días del mes de septiembre del año dos mil veinte, siendo las 08:30 horas, en el Salón de Actos del Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Policía Nacional, se realiza el Acto de Apertura de Sobres Oferta del llamado a Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 33/2020 Adquisición de Ventilador Pulmonar, Monitor Multiparamétrico y Maquina de Anestesia - ID 383984, conforme a la Resolución de la Comandancia N° 575, de fecha 17 de julio de 2020, para cuyo efecto se han presentado las siguientes empresas:

N°	Razón Social	RUC	Dirección de Correo Electrónico	Sobres Ofertas presentado por
1	INFOTEC S.A.	80021897-3	informaciones@infotec.com.py	ALBERTO RIQUELME C.I. N° 4.150.848
2	GAESA S.A.	80026596-3	licitacionesgaesa@gmail.com	FIDEL DOLGORUCO C.I. N° 4.089.652
3	ALBATROS S.A.C.I.	80002766-3	sojeda@albatros.com.py	JUAN ALCARAZ C.I. N° 5.962.093
4	SOLUMEDIC S.A.	80023913-0	info@solumedic.com	RUTH ACEVEDO C.I. N° 5.099.131
5	G.T. SCIENTIFIC S.A.	80000084-6	licitaciones@gtscientific.com.py licitaciones2@gtscientific.com.py	MIRTHA OLMEDO C.I. N° 871.212
6	CASA BOLLER S.A.	80001556-8	licitaciones@boller.com.py	RIGOBERTO LATERRA C.I. N° 3.183.748
7	IMESE S.A.	80016426-1	licitaciones@imese.com.py informaciones@imese.com.py	ALINE KOCHORUBA C.I. N° 3.881.305
8	DYSA HEALTHCARE S.A.	80013820-1	informes@dysa.com.py	JUAN DIAZ DE BEDOYA C.I. N° 2.540.397

Posteriormente se da inicio del Acto de Apertura de sobres, en el siguiente orden:

DOCUMENTOS	INFOTEC S.A.	GAESA S.A.
Precio total de la Oferta	190.540.000	652.000.000
Documento que acredita la representación del firmante de la oferta	Presenta	Presenta
Garantía de Mantenimiento de Ofertas de:	Aseguradora Yacyreta S.A.	Alianza Garantía Seguros y Reaseguros S.A.
Póliza N°	28.1508004956.0000	1508002370
Monto total asegurado	30.000.000	35.000.000
Vigencia Desde/Hasta	31-08-2020 al 28-01-2021	02-09-2020 al 10-01-2021
Constancia SIPE N°	1609112	1609384

DOCUMENTOS	ALBATROS S.A.C.I.	SOLUMEDIC S.A.
Precio total de la Oferta	208.000.000	1.027.000.000
Documento que acredita la representación del firmante de la oferta	Presenta	Presenta
Garantía de Mantenimiento de Ofertas de:	Aseguradora Paraguaya S.A.	La Consolidada S.A. de Seguros
Póliza N°	1508017122	1508049058
Monto total asegurado	15.000.000	59.000.000
Vigencia Desde/Hasta	02-09-2020 al 11-12-2020	01-09-2020 al 09-04-2021
Constancia SIPE N°	1609156	1609239

Ing. Rigoberto Laterra Red Técnico Nº 41 Dirección Técnico División Soluciones Médicas BOLLER DESDE 1937

IGNACIA BRITEZ Subcomisario Jefe Int. Dpto. UC

ACTA N° 67/2020 DE APERTURA DE SOBRES OFERTAS DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 33/2020 ADQUISICIÓN DE VENTILADOR PULMONAR, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Y MAQUINA DE ANESTESIA - ID 383984

DOCUMENTOS	G.T. SCIENTIFIC S.A.	CASA BOLLER S.A.
Precio total de la Oferta	472.000.000	1.319.000.000
Documento que acredita la representación del firmante de la oferta	Presenta	Presenta
Garantía de Mantenimiento de Ofertas de:	Aseguradora Yacyreta S.A.	El Comercio Paraguayo S.A. Cía. de Seguros Generales
Póliza N°	28.1508004959.0000	1508011664
Monto total asegurado	50.000.000	85.000.000
Vigencia Desde/Hasta	02-09-2020 al 31-12-2020	31-08-2020 al 31-12-2020
Constancia SIPE N°	1609279	1608993

DOCUMENTOS	IMESE S.A.	DYSA HEALTHCARE S.A.
Precio total de la Oferta	671.800.000	1.406.000.000
Documento que acredita la representación del firmante de la oferta	Presenta	Presenta
Garantía de Mantenimiento de Ofertas de:	La Consolidada S.A. de Seguros	Patria S.A. de Seguros y Reaseguros
Póliza N°	1508049047	1508006254
Monto total asegurado	38.000.000	150.000.000
Vigencia Desde/Hasta	02-09-2020 al 21-12-2020	31-08-2020 al 07-02-2021
Constancia SIPE N°	1608992	1609330

La Convocante, aclara que todos los documentos que se hallen "**ACTIVOS**" en la constancia emitida por el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), y que hayan sido solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, serán verificados por el Comité de Evaluación.

OBSERVACIONES: La convocante deja constancia que los representantes de las firmas **CASA BOLLER S.A.** y **DYSA S.A. HEALTHCARE**, dejan observaciones de puño y letra, las mismas se adjunta a la presente acta, como así también firman el acta en representación de los oferentes participantes.

Se da por terminado el Acto siendo las 09:45 horas, previa lectura y ratificación, en prueba de conformidad, firman los presentes en este acto.

RIGOBERTO LATERRA
C.I. N° 3.183.748
CASA BOLLER S.A.
Ing. Rigoberto Laterra
Reg. Prof. N° 41
Director Técnico
División Soluciones Médicas
BOLLER DESDE 1937

JUAN DIAZ DE BEDOYA
C.I. N° 2.540.397
DYSA HEALTHCARE S.A.

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Subcomisario Intd.
Jefa Interina – Dpto. U.O.C

OBSERVACIONES

EMPRESA: DYSA Healthcare SA.

REPRESENTANTE: Benjamín Díaz de Bedoya C.I. N°: 2.542.396

La firma Sol medicina presenta la dirección web del fabricante del ventilador en las EETT. No presenta Registros Sanitarios de los productos ofertados. No presenta catálogos de los productos ofertados. No presenta Constancia de habilitación del Servicio Técnico emitido por el MSPBS. No presenta EE.TT del Monitor Multiparamétrico Ofertado. DDJJ exigidas en el PBC, DDJJ de Bienes Rentas, Activos y Pasivos GT Scientifica: No presenta EETT, catálogo, habilitaciones del MSPBS, ni absolutamente nada de lo que exigía el PBC limitándose a colocar documentos sustanciales, lo que resulta imposible para los demás competidores observar su oferta completa.

Infotec: Su carpeta contiene las EETT. del pliego pero no figura en ellas si cumplen o no con lo requerido. No presenta catalogos. tampoco certificados de calidad. ni Registro sanitario del Equipo.

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

Ing. Rigoberto Laterra
Reg. Prof. N° 41
Director Técnico
División Soluciones Médicas
BOLLER DESDE 1937

OBSERVACIONES

EMPRESA: Casa Boller S.A.

REPRESENTANTE: Rigoberto Laferra C.I. Nº: 3.183.748

* Para el Item 1, la oferta presentada por la empresa Giaesa S.A.; Ventilador Pulmonar Marca Tecme modelo TS advance no cumple con los siguientes puntos
* El modelo no corresponde con el catálogo presentado; el catálogo presentado es del modelo Neumovent TS.
* No cumple en los puntos 4.3 de las EETT; donde solicitan flujo inspiratorio máx de 250, el modelo presentado solo llega a 180. * En el punto 6.5 en el manual no indica el rango solicitado * En el punto 6.7 el valor mínimo es de 0,01 según su manual
* En el punto 6.9 no cuenta con Vtspon. * En el punto 6.14 no cuenta con bucle Volumen/CO2.
* En el punto 6.20 no cuenta con Pi. Traqueal - Volumen
* En el punto 6.23 no se encuentra en el manual
- Para el Item 3 - Máquina de Anestesia, la oferta presentada por la empresa Dysa no cumple con los siguientes puntos: * En el punto 4.3.5 no indica el valor mínimo de la valvula APL
* En el punto 5.9 no indica si el flujo es inspiratorio y espiratorio tampoco cuenta con curva de O2. * En el punto 5.11 no cuenta con tendencia de captación de O2 ni con tendencia CPAP/PEEP.
* En el punto 5.12 el valor mínimo de volumen que entrega es de 10, siendo que las EETT solicitan 5. * En el punto 5.27 el flujómetro de O2 del modelo presentado solo llega a 10L/m y no pasa por los vaporizadores. * En el punto 6.1.2 no cuenta con VM de fuga. * En el punto 6.1.6 y 6.1.8 no cuenta con reconocimiento automático de agentes * 6.2.3 no cuenta con curva de O2. * En el punto 7.4.4 no cuenta con mando rotatorio. En el punto 10.4 no cuenta con opción de transporte.

Ing. Rigoberto Laferra
Reg. Prof. Nº 41
Director Técnico
BOLLER DESDE 1937 División Soluciones Médicas

GRACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC