ACTA DE APERTURA

1. Datos del acta:

ID	417144				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA				
ENTIDAD CONVOCANTE	Universidad Nacional de Asunción / Facultad de Ciencias Medicas				
FECHA DE APERTURA	29-Agosto-2022	HORA APERTURA	11:30	HORA FIN	11:50
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Contratación Directa				
LUGAR DE APERTURA	DPTO. DE CONTRATACIONES PUBLICAS - AVDA. MARISCAL LOPEZ ESQ. CORONEL CAZAL (PLANTA BAJA - NHC)				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	LIC. ANAMELY MIERES				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	LIC.MARIA ELENA MEDINA				

2. Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	80051821-7	BIOERIX S.A.	licitaciones@bioerix.com.py
2	80002596-2	EXIMPAR S.R.L.	info@eximpar.com.py
3	80027373-7	IN SITU S.A.	insitu@insitu.com.py

4. Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité

Lic. María Elena Medina
Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Bioerix S.A.

EXIMPAR S.R.L
Blanca Rivas

de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredite la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
BIOERIX S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 148.000.000 **Tipo de Garantía:** DECLARACION JURADA
EXIMPAR S.R.L.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 166.560.000 **Tipo de Garantía:** DECLARACION JURADA
IN SITU S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 158.000.000 **Tipo de Garantía:** DECLARACION JURADA

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
BIOERIX S.A.	45	1708874	NO
EXIMPAR S.R.L.	41	1709089	NO
IN SITU S.A.	38	1709040	NO

*REPRESENTANTE DE LOS OFERENTES:

SRA. BLANCA RIVAS C.I. N° 3.419.512.

SR. TOMAS BENITEZ C.I. N° 3.002.498.

*SE ADJUNTA OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES.

5. **Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:**

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 11:50 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Lic. María Elena Medina
Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Bioerix S.A.

EXIMPAR S.R.L
Blanca Rivas

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 42/2022
"ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA"
ID N° 417.144

EMPRESA: BIOERIX SA

OBSERVACIONES

la oferta presentada por la empresa Eximpar SRL, no se observan el catalogo
- Enfoque micrometrico de 2,5 µm, tampoco se observa que cuente con
- Ajuste de 5 dioptrias..
- Distancia de trabajo de los objetivos..
- la platina no cumple con el rango solicitado en el PBC debiendo ser de 76mm x 30 mm siendo el ofertado de 75 x 40 mm..

la oferta presentada por la empresa In Situ, no se observan en el catalogo:
- Enfoque micrometrico de 2,5 µm
- Ajuste de 5 dioptrias
- la platina presentada es de 76 x 40 mm no cumpliendo de esta forma con lo establecido según PBC.

Romaj Benitez..

Bioerix S.A.

Lic. ANAMELY MIERES
Encargada
Sección Compras Menores
Dpto. de Contrataciones Públicas - FCM UNA

Lic. María Elena Medina
Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

EXIMPAR S.R.L
Blanca Rivas