8. Embalaje	8.1 Envase Primario		
	Cada jeringa se encontrara sellada en un envase primario, el cual además deberá asegurar el mantenimiento de la esterilidad del contenido, si se almacena correctamente, riesgo mínimo de contaminación en el momento de apertura	Cumple	Cumple
	Una vez que el envase sea abierto no puede ser fácilmente vuelto a sellar y mostrara evidencias de que fue abierto	Cumple	Cumple
	8.2 Envase secundario		
	El segundo envase debe ser lo suficientemente robusto para proteger los contenidos durante el manejo, transito y almacenamiento	CUMPLE	CUMPLE
9.ROTULADO	Deberá constar por lo menos en el idioma del estado receptor		
9.1Envase primario	9.11Descripcion del contenido, incluyendo la capacidad nominal y tipo de pico.	Jeringa de uso único, 10 ml con aguja. Luer slip	Cumple
	9.1.2Las palabras Estéril, Atoxico y Libre de Piretógenos	Estéril y apirogeno	Cumple
	9.1.3Las leyendas para usar por única vez o equivalente(exceptuando el termino descartable y destruir luego destruir luego de su uso	De uso único	Cumple
	9.1.4La advertencia de verificar la integridad de cada envase antes de su uso	No usar si esta previamente abierto	Cumple
	9.1.5Numero de lote, prefijado por la palabra LOTE	Cumple	Cumple
	9.1.6 Fecha de fabricación, fecha de vencimiento y método de esterilización empleado	Oxido de etileno, contiene FF y FV	Cumple
	9.1.7Nombre y dirección del fabricante, nombre y dirección del importador	Cumple	Cumple
	9.1.8nombre del director/responsable técnico	Cumple	Cumple
	9.1.9Numero del registro habilitante ante la autoridad sanitaria competente del fabricante del importador.	No Cumple	No Cumple
	9.1.10Marca (Símbolo o numero de verificación de conformidad con este reglamento)	Cumple	Cumple
10 Requisitos adicionales PBC			
10.1 Nombre del Importador	En envase primario y secundario	Cumple	Cumple
10.2 USO EXCLUSIVO IPS o similar	No presenta al momento de la evaluación preliminar	NC	NC

NC: No corresponde.

ITEM N° 49: JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/ AGUJA 21G X 1 ½

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PBC: Estéril c/ aguja 21G x 1 1/2. Embolo de Goma y Punta a presión.

Descripción del ítem: Jeringa de plástico desechable marca WEGO x 10 ml con aguja luer slip 21G x 1 1/2"

ENVASE: Primario: plástico sellado individual. Secundario: Caja por 100 unidades
LOTE: WG202112 **N° ANALISIS: CE184** **ITEM N°: 49**
VTO: 12/2026 **FECHA: 07/02/2023**
FABRICANTE: WEIGAO Medical International **PROVEEDOR: MEDICAL SUPLY S.A.**
Referencia: Norma ISO 7886-1:1993

Ensayo	Especificaciones Técnicas	Resultados	Conclusión
1-Limpieza	Cuando es inspeccionada por visión normal, sin aumento, bajo una iluminación adecuado, la superficie de la jeringa hipodérmica que entra en contacto con los líquidos de inyección durante el uso normal estará libre de partículas y materias extrañas	La superficie se encuentra libre de partículas extrañas	CUMPLE
2-Limites de acidez y alcalinidad	Cuando se determina con un medidor de pH de laboratorio y utilizando un electrodo de propósito general, el valor de pH de un extracto preparado de acuerdo al ANEXO A estará dentro del ± 1 unidad de pH del valor de pH del fluido de control	Fluido de control: 6,57 Extracto: 6,03	CUMPLE
3-Tolerancia en la capacidad graduada			
3.1 Capacidad igual o mayor que la mitad de la capacidad nominal	10≤V<20: ± 4 % del volumen expelido Se considera 8 ml ± 0,32 ml	8,077 ml	CUMPLE
3.2 Capacidad menor que la mitad de la capacidad nominal	10≤V<20: ± (1,5% de V + 2% del volumen expelido) Se considera 4 ml 0,15 + 0,04: 0,19 ml	4,085 ml	CUMPLE
3.3 Volumen residual máximo.	0,10 ml	0,052 ml	CUMPLE
3.4 Longitud mínima de escala hasta la capacidad nominal	44 mm	57,8 ml	CUMPLE
3.5 Intervalo de las graduaciones secundarias	1 ml	1 ml y 0,5 ml	CUMPLE

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christiano Olmedo
Reg. N° 7804
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Ovelar
Abogada Mat. N° 1.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S. - I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

3.6 Intervalo de las graduaciones numeradas, ml	5 ml	2 ml	CUMPLE
4. Escala graduada			
4.1 Escala			
	4.1.1 La jeringa podrá tener una o dos escalas, siempre que sean idénticas y será graduada POR LO MENOS en los intervalos de la tabla 1 (5 o 1ml). La unidad de volumen estará marcada en el cilindro	La jeringa posee una escala, graduada al 1 ml en la graduación principal y al 0,5 en la graduación secundaria. Se indica la unidad ml	CUMPLE
	4.1.2Las lineas de graduación serán de un espesor uniforme, estarán en planos de ángulos rectos con respecto al eje del cilindro.	CUMPLE	CUMPLE
	4.1.3Las líneas de graduación serán equiespaciadas a lo largo del eje longitudinal entre la linea de graduación 0 y la linea de la capacidad total graduada	CUMPLE	CUMPLE
	4.1.4Cuando la jeringa es sostenida horizontalmente, las puntas de todas las líneas de graduación de similar longitud están verticalmente alineadas.	CUMPLE	CUMPLE
	4.1.5 Las longitudes de las líneas de graduación cortas en cada escala serán de aproximadamente la mitad de la longitud de las lineas largas.	5,44 mm líneas cortas 9,98 mm líneas largas	CUMPLE
4.2 Numeración de la escala			
	4.2.1 Las líneas de graduación están numeradas a los incrementos de volumen dados en la tabla 1	Graduadas al 1 ml y numeradas cada 2 ml	CUMPLE
	4.2.2 Cuando la jeringa es sostenida verticalmente con la punta cónica hacia arriba y con la escala hacia el frente, los números aparecerán verticales en la escala y en una posición con tal que serán divididos en dos partes iguales por una prolongación de las líneas de graduación a las cuales se relacionan. Los números estarán cerca pero no tocaran las puntas de las líneas de graduación con la cual se relaciona.	CUMPLE	CUMPLE
4.3 Longitud total de la escala a la línea de capacidad nominal	Mínimo 44 mm	57,8 mm	Cumple
4.4 Posición de la escala	Cuando el embolo está totalmente inserto, o sea lo más cerca posible a la punta del pico del cilindro, la línea de graduación cero de la escala coincidirá con la línea de referencia en el tapón, dentro de un cuarto del intervalo más pequeño de la escala	CUMPLE	Cumple
5 Cilindro			
5.1 Dimensiones	La longitud del cilindro será tal que la jeringa tiene una capacidad máxima usable de por lo menos en 10% más de la capacidad nominal	10,6%	Cumple
5.2Empuñadura	La punta abierta del cilindro estará provista con empuñaduras que aseguraran que la jeringa no ruede en más de 180 grados cuando es colocada en una superficie plana, con un ángulo de 10 grados con respecto a la horizontal. La empuñadura deberá encontrarse libre de bordes filosos	Cumple	cumple
6. Conjunto tapón/vástago			
6.1 Diseño	Cuando el cilindro es sostenido con la mano, el vástago podrá ser utilizado con el pulgar de la mano	Cumple	cumple
	Cuando la línea de referencia del tapón coincide con la línea de graduación cero, la longitud mínima adecuada del vástago desde la superficie de la empuñadura más cercana al disco de empuje puede ser: a) 8 mm para jeringas de capacidad < 2 ml b) 9 mm para jeringas de capacidad nominal entre 2 y 5 ml c) 12,5 mm para jeringas de capacidad nominal de 5 ml o mas	14,61 mm	cumple
6.2 Encastre del tapón en el cilindro	Cuando la jeringa es llenada con agua y sostenida verticalmente, primero con una punta hacia arriba y después con la otra, el vástago no se moverá por su propio peso	Cumple	cumple
7. Volumen residual	El volumen contenido en el cilindro y en el pico, cuando el embolo está completamente insertado, debe ser inferior a 0,10 ml	0,052 ml	cumple
8. Marcado de la jeringa	Cada jeringa llevara marcada en el cuerpo lo siguiente, en el idioma del país receptor:		
	8.a Escala graduada	Graduación al ml	Cumple

ROBERT FRANCO
Servicio Calificación de Conformidad
DGMIS D.L.S.M.T.S. I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Ancho Duarte
Abogada Mat. Nº 11.068
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Nilda L. Coronel
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.M.T.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

	8.b Capacidad nominal en cm cúbicos o ml	ml	Cumple	
	8.c Una leyenda que exprese claramente "una vez usar y destruir" o similar	FOR SINGLE USE	NO Cumple	
8. Embalaje	8.1 Envase Primario			
	Cada jeringa se encontrara sellada en un envase primario, el cual además debera asegurar el mantenimiento de la esterilidad del contenido, si se almacena correctamente, riesgo mínimo de contaminación en el momento de apertura	Cumple	Cumple	
	Una vez que el envase sea abierto no puede ser fácilmente vuelto a sellar y mostrara evidencias de que fue abierto	Cumple	Cumple	
	8.2 Envase secundario			
	El segundo envase debe ser lo suficientemente robusto para proteger los contenidos durante el manejo, transito y almacenamiento	CUMPLE	CUMPLE	
9.ROTULADO	Deberá constar por lo menos en el idioma del estado receptor	En ingles	NO Cumple	
9.1Envase primario	9.11Descripcion del contenido, incluyendo la capacidad nominal y tipo de pico.	Disponsable siringe. 10 ml. Luer slip	NO Cumple	
	9.1.2Las palabras Estéril, Atoxico y Libre de Piretógenos	Esterile, non toxic, non pyrogenic	NO Cumple	
	9.1.3Las leyendas para usar por única vez o equivalente exceptuando el termino descartable y destruir luego destruir luego de su uso	Discard after single use	NO Cumple	
	9.1.4La advertencia de verificar la integridad de cada envase antes de su uso	Do not use if package is open or damagged	NO Cumple	
	9.1.5Numero de lote, prefijado por la palabra LOTE	No Cumple	NO Cumple	
	9.1.6 Fecha de fabricación, fecha de vencimiento y método de esterilización empleado	Oxido de etileno, contiene FF y FV	NO Cumple	
	9.1.7Nombre y dirección del fabricante, nombre y dirección del importador	No Cumple	NO Cumple	
	9.1.8nombre del director/responsable técnico	Cumple	Cumple	
	9.1.9Numero del registro habilitante ante la autoridad sanitaria competente del fabricante del importador.	Cumple	Cumple	
	9.1.10Marca (Simbolo o numero de verificación de conformidad con este reglamento)	Cumple	Cumple	
10 Requisitos adicionales PBC				
10.1 Nombre del Importador	En envase primario y secundario	Cumple	Cumple	
10.2 USO EXCLUSIVO IPS o similar	No presenta al momento de la evaluación preliminar	Cumple	Cumple	

NC: No corresponde

Item 51: PAQUETE QUIRURGICO PARA CESAREA ESTERIL DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO

			DROGUEPAR		CONSOR.DE SOLUCIONES HOSPITALARIAS		LASCA		MATHER COMPANY	
Contenido	**Determinaciones**	**Especificación Técnica PBC o especificación de la normativa**	**Resultado**	**Conclusión**	**Resultado**	**Conclusión**	**Resultado**	**Conclusión**	**Resultado**	**Conclusión**
Batas 04 Unidades	**ASPECTO**	bata quirurgica, descartable, confeccionado en tela no tejida tipo SSMMS.	Bata quirurgica, descartable, confeccionado en tela no tejida Tipo TNT,con costura termosellada,con perchera reforzada	CUMPLE	Bata quirurgica, descartable, confeccionado en tela no tejida Tipo TNT,con costura termosellada.	CUMPLE	Bata quirurgica, descartable, confeccionado en tela no tejida Tipo TNT,con costura termosellada.	CUMPLE	Bata quirurgica, descartable, confeccionado en tela no tejida Tipo TNT,con costura termosellada,con perchera reforzada	CUMPLE
	GRAMAJE	50 (+/- 6) g/m²	45,17 g/m²	CUMPLE	44,1 g/m²	CUMPLE	46,2 g/m²	CUMPLE	44,8 g/m²	CUMPLE
	MANGAS	Puño elastizado, reforzado , de 5 a 15 cm de ancho	Puño de pretina de algodon elastizado, de 6 cm de ancho	CUMPLE	Puño semi elastizado de poliester, de 8 cm de ancho	CUMPLE	Puño de pretina de algodon elastizado, de 6 cm de ancho	CUMPLE	Puño de pretina de algodon elastizado, de 6 cm de ancho	CUMPLE
	CIERRES	Magnetico o cinta de sujecion en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura.	cierre magnetico en el cuello y tiras en el parte posterior de la cintura y lateral	CUMPLE	cierre magnetico en el cuello y tiras en el parte posterior de la cintura y lateral	CUMPLE	cierre magnetico en el cuello y tiras en el parte posterior de la cintura y lateral	CUMPLE	cierre magnetico en el cuello y tiras en el parte posterior de la cintura y lateral	CUMPLE

ROBERT FRANCO
Servicio de Ejecución
D.G.M.I.S. – M.S.P.S. – I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

Sara Recalde Ovelar
Abogada
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Marta E. Colmán
Departamento de Suministros de Salud
DGMIS
D.G.M.I.S. – M.S.P.S. – I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Mat. C.S.J. N° 25.175

2023-03-21 08:23:32.2883

	LONGITUD	120 - 135 cm	124 cm	CUMPLE	128 cm	CUMPLE	120 cm	CUMPLE	121 cm	CUMPLE
	IMPERMEABILIDAD	Repelencia al alcohol 70 %	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Resistente a fluidos corporales (suero fisiologico)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Toallas de mano 04 Unidades	NO APLICA	4 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Compresas de campo 05 Unidades	ASPECTO	confeccionado en tela no tejida tipo SSMS	confeccionado en tela no tejida tipo TNT	CUMPLE	confeccionado en tela no tejida tipo TNT	CUMPLE	confeccionado en tela no tejida tipo TNT	CUMPLE	confeccionado en tela no tejida tipo TNT	CUMPLE
	DIMENSIONES	1,20 X 1,20 m (+/-0,30 m)	1,20 x 1,20 m	CUMPLE	1,20 x 1,19 m	CUMPLE	1,20 x 1,20 m	CUMPLE	1,20 x 1,20 m	CUMPLE
Compresas de vientre 06 Unidades	DIMENSIONES	0,5 X 0,65 m (+/- 0,30 m)	0,5 X 0,65 M	CUMPLE	0,40 x 0,40 m	CUMPLE	0,50 x 0,60 m tela TNT	NO CUMPLE	0,50 x 0,65 m	CUMPLE
Cobertor de mesa 01 Unidad	ASPECTO	Material de plastico impermeable	Material de plastico impermeable	CUMPLE	Material de plastico impermeable	CUMPLE	Material de plastico impermeable	CUMPLE	Material de plastico impermeable	CUMPLE
	DIMENSIONES	1,30 x 1,80 m (+/- 0,30 m)	1,40 x 1,80 m	CUMPLE	1,78 x 1,32 m	CUMPLE	1,26 x 1,84 m	CUMPLE	1,40 x 1,80 m	CUMPLE
Doble envoltorio		doble envoltorio	doble envoltorio	CUMPLE	doble envoltorio	CUMPLE	doble envoltorio	CUMPLE	doble envoltorio	CUMPLE

Item 52: PAQUETE QUIRURGICO PARA CIRUGIA ESTERIL DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO

			DROGUEPAR		BOLLER		LASCA		MATHER COMPANY	
Contenido	**Determinaciones**	**Especificación Técnica PBC o especificación de la normativa**	**Resultado**	**Conclusión**	**Resultado**	**Conclusión**	**Resultado**	**Conclusión**	**Resultado**	**Conclusión**
Batas 04 Unidades	ASPECTO	bata quirurgica, descartable, confeccionado en tela no tejida tipo SSMMS.	Bata quirurgica, descartable, confeccionado en tela no tejida Tipo TNT,con costura termosellada,con perchera reforzada.	CUMPLE	Bata quirurgica, descartable, confeccionado en tela no tejida Tipo TNT,con costura termosellada.	CUMPLE	Bata quirurgica, descartable, confeccionado en tela no tejida Tipo TNT,con costura termosellada.	CUMPLE	Bata quirurgica, descartable, confeccionado en tela no tejida Tipo TNT,con costura termosellada, con perchera reforzada	CUMPLE
	GRAMAJE	50 (+/- 6) g/m²	47,0 g/m²	CUMPLE	47,2 g/m²	CUMPLE	45,2 g/m²	CUMPLE	44,8 g/m²	CUMPLE
	MANGAS	Puño elastizado, reforzado , de 2 a 15 cm de ancho	Puño de pretina de algodon elastizado, de 6,5 cm de ancho	CUMPLE	Puño semi elastizado de poliester, de 8 cm de ancho	CUMPLE	Puño de pretina de algodon elastizado, de 7 cm de ancho	CUMPLE	Puño de pretina de algodon elastizado, de 5 cm de ancho	CUMPLE
	CIERRES	Magnetico o cinta de sujecion en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura.	cierre magnetico en el cuello y tiras en el parte posterior de la cintura y lateral	CUMPLE	cierre magnetico en el cuello y tiras en el parte posterior de la cintura y lateral	CUMPLE	cierre magnetico en el cuello y tiras en el parte posterior de la cintura y lateral	CUMPLE	cierre magnetico en el cuello y tiras en el parte posterior de la cintura	CUMPLE
	LONGITUD	120 - 135 cm	124 cm	CUMPLE	127 cm	CUMPLE	120,5 cm	CUMPLE	120 cm	CUMPLE
	IMPERMEABILIDAD	Repelencia al alcohol 70 %	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Resistente a fluidos corporales (suero fisiologico)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Toallas de mano 04 Unidades	NO APLICA	4UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Compresas de campo 05 Unidades	ASPECTO	confeccionado en tela no tejida tipo SSMS	confeccionado en tela no tejida tipo TNT	CUMPLE	confeccionado en tela no tejida tipo TNT	CUMPLE	confeccionado en tela no tejida tipo TNT	CUMPLE	confeccionado en tela no tejida tipo TNT	CUMPLE
	DIMENSIONES	1,20 X 1,20 m (+/-0,30 m)	1,20 x 1,20 m	CUMPLE	1,20 x 1,20 m	CUMPLE	1,20 x 1,20 m	CUMPLE	1,20 x 1,20 m	CUMPLE
Compresas de vientre 06 Unidades	DIMENSIONES	0,5 X 0,65 m (+/- 0,30 m)	0,5 X 0,65 M	CUMPLE	0,40 x 0,40 m	CUMPLE	0,50 x 0,60 m tela TNT	NO CUMPLE	0,48 x 0,0,44 m	CUMPLE

ROBERT FRANCO
Secretario Ejecutivo
SBE - I.P.S.
D.G.M.I.S. - M.S.P. y B.S.

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Quebar
Abogada
Mat. Nº 21.462
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Mat. C.S.J. Nº 26.175

Dra. Colmán
Coordinación de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. - M.S.P. y B.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

Cobertor de mesa 01 Unidad	**ASPECTO**	Material de plastico impermeable	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	DIMENSIONES	1,30 x 1,80 m (+/- 0,30 m)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Doble envoltorio		doble envoltorio	doble envoltorio	CUMPLE	doble envoltorio	CUMPLE	doble envoltorio	CUMPLE	doble envoltorio	CUMPLE

ROBERT FRANCO
Sección Ejecución
De Contratos.
D.G.M.I.S – D.L.S.S. – I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Inciso Duclar
Abogada Mat. Nº 14.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

9. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS Y ANÁLISIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
CONSORCIO SOLUCIONES HOSPITALARES	1	3890	11001217	42312301-002	ALGODÓN LAMINADO:ALGODÓN LAMINADO DE 20 CM	Unidad	PAQUETE	Por Cantidad	78.000	156.000	CARICIA CUNUY	NACIONAL	4.372	682.032.000		3.802	15%	La muestra presentada CUMPLE con las EETT establecidas en el PBC según infrome del Dpto. de Control de Calidad y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
EL ALAMO S.A.	1	3890	11001217	42312301-002	ALGODÓN LAMINADO:ALGODÓN LAMINADO DE 20 CM	Unidad	PAQUETE	Por Cantidad	78.000	156.000	NUBES DE ALGODÓN	PARAGUAY	4.380	683.280.000		3.802	15%	La muestra presentada CUMPLE con las EETT establecidas en el PBC según infrome del Dpto. de Control de Calidad y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.E.I.	1	3890	11001217	42312301-002	ALGODÓN LAMINADO:ALGODÓN LAMINADO DE 20 CM	Unidad	PAQUETE	Por Cantidad	78.000	156.000	ONDAS BLANCAS	NACIONAL	4.385	684.060.000		3.802	15%	La muestra presentada CUMPLE con las EETT establecidas en el PBC según infrome del Dpto. de Control de Calidad y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
MEDICAL SUPLLY SA.	1	3890	11001217	42312301-002	ALGODÓN LAMINADO:ALGODÓN LAMINADO DE 20 CM	Unidad	PAQUETE	Por Cantidad	78000	156.000	MEDICAL SUPPLY	CHINA	6.000	936.000.000		3.802	58%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad.
AO POTI S.A.	1	3890	11001217	42312301-002	ALGODÓN LAMINADO:ALGODÓN LAMINADO DE 20 CM	Unidad	PAQUETE	Por Cantidad	78000	156.000	MEDICAL SUPPLY	CHINA	6.000	936.000.000		3.802	58%	Las muestras presentadas **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J.N° 25.175

Sara Enciso Ovelar
Abogada
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Lic. Marta M. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

ROZELI FRANCO
Sección Ejecución
DGMIS - D.L.S.S. - I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
H-PAR S.A.C.I.	2	11366	11003507	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	96000	192000	O&M HALYARD	ESTADOS UNIDOS	21.875	4.200.000.000	30.625	42.200	-48%	**No presenta Muestra** para el comité evaluador y control de calidad para su analisis. **No cumple experiencia requerida. SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	2	11366	11003507	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	96000	192000	XINGRONG ZHONGTAI	CHINA	28.437	5.459.904.000	39.812	42.200	-33%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a la Longitud del producto. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. . **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
INFOTEC S.A.	2	11366	11003507	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	96000	192000	APSA	PARAGUAY	40.100	7.699.200.000	40.100	42.200	-5%	La muestra presentada CUMPLE con las EETT establecidas en el PBC según infrome del Dpto. de Control de Calidad y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
EL ALAMO S.A.	2	11366	11003507	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	96000	192000	APSA	PARAGUAY	40.600	7.795.200.000	40.600	42.200	-4%	La muestra presentada CUMPLE con las EETT establecidas en el PBC según infrome del Dpto. de Control de Calidad y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
GT SCIENTIFIC S.A.	2	11366	11003507	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	96000	192000	PH2	PARAGUAY	41.207	7.911.744.000	41.207	42.200	-2%	La muestra presentada CUMPLE con las EETT establecidas en el PBC según infrome del Dpto. de Control de Calidad y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE ADJUDICAR**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Eduardo
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christian Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Ovelar
Abogada Mat. N° 41062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

ROBERT FRANCO
Sección Ejecución De Contratos
D.G.M.I.S – D.L.S.S. – I.P.S.

Lic. Maria E. Colmán
Sección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

139

0011146

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRÚRGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	3	11367	11003508	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	96.000	192.000	XINGRONG ZHONGTAI	CHINA	28.437	5.459.904.000	39.812	42.200	-33%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a la Longitud del producto. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
INFOTEC S.A.	3	11367	11003508	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	96.000	192.000	APSA	PARAGUAY	40.100	7.699.200.000	40.100	42.200	-5%	La muestra presentada CUMPLE con las EETT establecidas en el PBC según infrome del Dpto. de Control de Calidad y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
ENDOTERAPIA S.R.L.	3	11367	11003508	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	96.000	192.000	ENDOMED	PARAGUAY	40.750	7.824.000.000	40.750	42.200	-3%	La muestra presentada CUMPLE con las EETT establecidas en el PBC según infrome del Dpto. de Control de Calidad y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
EL ALAMO S.A.	3	11367	11003508	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	96.000	192.000	APSA	PARAGUAY	41.350	7.939.200.000	41.350	42.200	-2%	La muestra presentada CUMPLE con las EETT establecidas en el PBC según infrome del Dpto. de Control de Calidad y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	4	11370	11003511	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	162.000	324.000	XINGRONG ZHONGTAI	CHINA	32.833	10.637.892.000	45.966	48.630	-32%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a la Longitud del producto. Remitirse al

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Ovelar
Abogada - Mat. [illegible]
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

ROBERT FRANCO
Sección Ejecución
D.G.M.I.S. - I.P.S.

DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

140

2023-03-21 08:23:32.2883

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
																		Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
GT SCIENTIFIC S.A.	4	11370	11003511	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	162.000	324.000	PH2	PARAGUAY	46.307	15.003.468.000	46.307	48.630	-5%	La muestra presentada CUMPLE con las EETT establecidas en el PBC según infrome del Dpto. de Control de Calidad y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
CONSORCIO SOLUCIONES HOSPITALARES	4	11370	11003511	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	162.000	324.000	T-SHIELD	NACIONAL	46.890	15.192.360.000	46.890	48.630	-4%	La muestra presentada CUMPLE con las EETT establecidas en el PBC según infrome del Dpto. de Control de Calidad y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
ENDOTERAPIA S.R.L.	4	11370	11003511	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	162.000	324.000	ENDOMED	PARAGUAY	47.620	15.428.880.000	47.620	48.630	-2%	La muestra presentada CUMPLE con las EETT establecidas en el PBC según infrome del Dpto. de Control de Calidad y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
BIOERIX S.A.	5	11368	11003510	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	135.000	270.000	DIMEX SALUD	PARAGUAY	18.462	4.984.740.000	25.847	48.630	-62%	**No presenta Muestra** para el comité evaluador y para el Dpto de Control de Calidad para su analisis. **No presenta MIC. SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	5	11368	11003510	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	135.000	270.000	XINGRONG ZHONGTAI	CHINA	21.851	5.899.770.000	30.591	48.630	-55%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a la Longitud del producto. Remitirse al Punto 8. Informe del

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Ovelar
Abogada - Mat. N° 11.042
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dr. Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

0001144

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
																		Dpto de Control de Calidad. . **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
PROSALUD FARMA S.A.	5	11368	11003510	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	135.000	270.000	APSA	NACIONAL	40.000	10.800.000.000	40.000	48.630	-18%	La muestra presentada CUMPLE con las EETT establecidas en el PBC según infrome del Dpto. de Control de Calidad y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
INPROMED S.A.	5	11368	11003510	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	135.000	270.000	DIMEX SALUD	PARAGUAY	46.790	12.633.300.000	46.790	48.630	-4%	La muestra presentada CUMPLE con las EETT establecidas en el PBC según infrome del Dpto. de Control de Calidad y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
SCAVONE HNOS S.A.	5	11368	11003510	42131702-001	BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	135.000	270.000	APSA	PARAGUAY	47.820	12.911.400.000	47.820	48.630	-2%	La muestra presentada CUMPLE con las EETT establecidas en el PBC según infrome del Dpto. de Control de Calidad y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
MEDICAL SUPLLY S.A.	6	3704	11001255	42272504-001	BOLSA DE ANESTESIA :BOLSA RESPIRATORIA 1 LITRO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	150	300	ARMSTRONG MEDICAL	IRLANDA DEL NORTE - REINO UNIDO	27.000	8.100.000		17.883	51%	La muestra presentada cumple con la EETT establecidas en el PBC y con las documentaciones solicitadas.**Supera el Precio Referencial.**
AO POTI S.A.	6	3704	11001255	42272504-001	BOLSA DE ANESTESIA :BOLSA RESPIRATORIA 1 LITRO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	150	300	ARMSTRONG MEDICAL	REINO UNIDO	32.940	9.882.000		17.883	84%	La muestra presentada cumple con la EETT establecidas en el PBC y con las documentaciones solicitadas.Supera el Precio Referencial.**Se Sugiere Declarar DESIERTO,**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Ovelar
Abogada Mat. N° 11.902
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dra. Marta E. Colmán
Sección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

ROBERT FRANCO
Sección Ejecución de Contratos.
D.G.M.I.S. - D.L.S.S. - I.P.S.

0001143

2023-03-21 08:23:32.2883

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
																		conforme Art. 30 inc. c.
BIOTENG S.A.	7	3863	11001246	42281916-002	BOLSA DE PAPEL C/INDICADOR QUÍMICO:BOLSA MIXTA PLEGABLE C/FUELLE, C/INDICADOR QUÍMICO. 40X58X8 CM. PARA ÓXIDO DE ETILENO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	36.000	72.000	YIPAK	CHINA	3.794	273.168.000		3.300	15%	No presenta **Muestra. No** presenta **Documentaciones** (registro sanitario, planilla de datos garantizados). **SE SUGIERE DESCALIFICAR**
EUROQUIMICA S.A.	7	3863	11001246	42281916-002	BOLSA DE PAPEL C/INDICADOR QUÍMICO:BOLSA MIXTA PLEGABLE C/FUELLE, C/INDICADOR QUÍMICO. 40X58X8 CM. PARA ÓXIDO DE ETILENO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	36.000	72.000	YIPAK	CHINA	3.794	273.168.000		3.300	15%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC y con las documentaciones solicitadas. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
EUROQUIMICA S.A.	8	3862	11001262	42281916-003	BOLSA MIXTA PLEGABLE :BOLSAS MIXTAS PLEG. C/ AUTOADHES. S/ FUELLE 30 X 45CM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	36.000	72.000	YIPAK	CHINA	3.041	218.952.000		2.645	15%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC y con las documentaciones solicitadas. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
BIOTENG S.A.	8	3862	11001262	42281916-003	BOLSA MIXTA PLEGABLE :BOLSAS MIXTAS PLEG. C/ AUTOADHES. S/ FUELLE 30 X 45CM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	36.000	72.000	YIPAK	CHINA	3.041	218.952.000		2.645	15%	No presenta **Muestra. No** presenta **Documentaciones** (registro sanitario, planilla de datos garantizados). **SE SUGIERE DESCALIFICAR**
NO COTIZA	9			42295453-004	BOLSA PARA COLOSTOMIA:BOLSA PARA COLOSTOMIA C/ANILLO DE TIPO KARAYA DE 38 MM (+ - 1)	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	36.000	72.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		26.450	**NO COTIZA**	**Se sugiere declarar Desierto, conforme el Art. 30 inc A.**
CODEX S.R.L.	10	2775	11001267	42312005-002	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO:CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO NIÑOS 30 X 18 CM (+ 10)	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	800	1.600	SMITH - NEPHEW - OPSITE	UK - CHINA	30.100	48.160.000		23.167	30%	UNICA OFERTA. La muestra presentada cumple con la EETT establecidas en el PBC y con las documentaciones solicitadas Supera el Precio Referencial. **Se solicito análisis de precio. SE SUGIERE ADJUDICAR.**
ALLMED IMPORT - EXPORT	11	2776	11001268	42312005-002	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO:CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO P/ ADULTOS 45 X 55 CM (+ - 5)	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.640	5.280	CREMER	BRASIL	49.833	263.118.240		49.833	0%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC se solicita campo adhesivo quirurgico y presenta compresa de vientre.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Encina Suelar
Abogada
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

ROBERT FRANCO
Sección Ejecución
D.G.M.I.S. – I.P.S.

Dirección General de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883