9. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

EMPRESAS	Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido, Referencial	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido.	Precio Total IVA Incluido	% de Variación	OBSERVACIONES
MLT PHARMA S.R.L.	1	42221504-008	CATÉTER ANGIOGRÁFICO: CATÉTER VISCERAL DE 5 FR de 65 CM a 100 CM DE LARGO CON PUNTA C1 o C2	UNIDAD	UNIDAD	5	10	CURATIA MEDICAL LIMITED	CHINA	593.667	7.000.000	674.999	6.749.990	14%	La muestra presentada **Cumple** con las Especificaciones Técnicas y las Documentaciones solicitadas en el PBC. **Se sugiere Adjudicar.**
SALUMAX S.A.	1	42221504-008	CATÉTER ANGIOGRÁFICO: CATÉTER VISCERAL DE 5 FR de 65 CM a 100 CM DE LARGO CON PUNTA C1 o C2	UNIDAD	UNIDAD	5	10	COOK	USA/DINAMARCA/IRLANDA	593.667	7.000.000	675.000	6.750.000	14%	La muestra presentada **Cumple** con las Especificaciones Técnicas y las Documentaciones solicitadas en el PBC.
SALUMAX S.A.	2	42292904-004	GUÍA PARA COILS: GUÍA PARA COLOCACIÓN DE COILS ANEURISMAS	UNIDAD	UNIDAD	8	15	EV3	USA	2.245.000	39.000.000	2.559.000	38.385.000	14%	Unica Oferta. La muestra presentada **Cumple** con las Especificaciones Tecnicas y las Documentaciones solicitadas en el PBC. **Se sugiere Adjudicar.**
SALUMAX S.A.	3	42292904-004	GUÍA PARA COILS: GUÍA PARA MALFORMACIONES EN ARTERIAS Y/O VENAS	UNIDAD	UNIDAD	15	30	EV3	USA	2.184.615	90.000.000	2.490.000	74.700.000	14%	Unica Oferta.La muestra presentada **Cumple** con las Especificaciones Tecnicas Solicitadas.Presenta **Declaracion Jurada** respecto a la muestra del Item 2. **Se sugiere Adjudicar.**
SALUMAX S.A.	4	42203402-004	MICROCATÉTER ENDOVASCULAR: MICRO CATÉTER, PARA MALFORMACIONES	UNIDAD	UNIDAD	10	20	EV3	USA	9.436.667	240.000.000	10.830.000	216.600.000	15%	Unica Oferta.La muestra presentada Cumple con las Especificaciones Tecnicas y las Documentaciones solicitadas en el PBC. **Se sugiere Adjudicar.**
SALUMAX S.A.	5	42292904-004	GUÍA PARA COILS: GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES	UNIDAD	UNIDAD	9	18	COOK	USA/DINAMARCA/IRLANDA	970.000	16.200.000	1.480.000	26.640.000	53%	Unica Oferta.La muestra presentada **Cumple** con las Especificaciones Tecnicas y las Documentaciones solicitadas en el PBC. Supera el precio referencial en 53%, **Se sugiere desestimar la oferta según Articulo 30 inc. C**
SALUMAX S.A.	6	42292904-004	GUÍA PARA COILS: GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES	UNIDAD	UNIDAD	9	18	COOK	USA/DINAMARCA/IRLANDA	903.333	14.400.000	1.130.000	20.340.000	25%	Unica Oferta.Presenta Declaracion Jurada respecto a la muestra del Item 5. La muestra presentada **No Cumple** con las Especificaciones Tecnicas Solicitadas, debe corresponder a una guia de tipo STANDARD, no STIF. Supera el precio referencial en 25%, **Se sugiere desestimar la oferta según Articulo 30 inc. C**

Elida Cano
Dirección de Logística de Suministros de Salud
IPS

Dr. Juan J. Jara
Neurocirujano
Reg. Prof. Nº 9.348

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

2022-06-22 11:20:41.017119-04

0000327

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 153/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PAR ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA PARA EL IPS, DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 68/19" - ID N° 401050

CATETERES Y AFINES S.A.	7	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL: INTRODUCTOR DE 6 FR, 80 A 90 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 A 0.040"	UNIDAD	UNIDAD	75	150	SET INTRODUCTOR KDL	CHINA	300.000	307.500.000	250.000	37.500.000	-17%	La muestra presentada **No Cumple** con las Especificaciones Tecnicas Solicitadas, Se solicita en el PBC Longitud del introductor de 80 a 90 cm de largo, la muestra mide 110mm. En cuanto a la documentacion solicitada en el PBC No Cumple Certificados o Actas de Recepción Final, se solicita para provisión de insumos para estudios de Neuroradiología, presenta de insumos para caja de craneo de Neurocirugia. **Se sugiere desestimar la oferta.**
SALUMAX S.A.	7	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL: INTRODUCTOR DE 6 FR, 80 A 90 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 A 0.040"	UNIDAD	UNIDAD	75	150	COOK	USA/DINAMARCA/IRLANDA	300.000	307.500.000	5.050.000	757.500.000	1583%	Presenta **Declaracion Jurada** respecto a la muestra del Item 8. La muestra presentada Cumple con las Especificaciones Tecnicas Solicitadas. Supera el precio referencial en 1583%, Se **sugiere desestimar la oferta según Articulo 30 inc. C**
CATETERES Y AFINES S.A.	8	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL: INTRODUCTOR DE 7 FR, 80 A 90 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 A 0.040"	UNIDAD	UNIDAD	10	20	SET INTRODUCTOR KDL	CHINA	300.000	41.000.000	300.000	6.000.000	0%	La muestra presentada **No Cumple** con las Especificaciones Tecnicas Solicitadas, ya que la Longitud del introductor es de 110cm al igual que su Planilla de Datos Garantizados y lo solicitado en el PBC es de 80 a 90 cm de Largo. **Se sugiere desestimar la oferta .**
SALUMAX S.A.	8	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL: INTRODUCTOR DE 7 FR, 80 A 90 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 A 0.040"	UNIDAD	UNIDAD	10	20	COOK	USA/DINAMARCA/IRLANDA	300.000	41.000.000	3.090.000	61.800.000	930%	La muestra presentada **Cumple** con las Especificaciones Tecnicas y las Documentaciones solicitadas en el PBC. Supera el precio referencial en 930%, **Se sugiere desestimar la oferta según Articulo 30 inc. C**
SALUMAX S.A.	9	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL: INTRODUCTOR DE 8 FR, 80 A 90 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 A 0.040"	UNIDAD	UNIDAD	5	10	COOK	USA/DINAMARCA/IRLANDA	300.000	20.500.000	3.260.000	32.600.000	987%	Unica Oferta.La muestra presentada **Cumple** con las Especificaciones Tecnicas Solicitadas.Presenta **Declaración Jurada** respecto a la muestra del Item 8.Supera el precio referencial en 987%, **Se sugiere desestimar la oferta según Articulo 30 inc. C**
SALUMAX S.A.	10	42203402-004	MICROCATÉTER ENDOVASCULAR: MICRO CATÉTER, PARA COILS, PARA ANEURISMA	UNIDAD	UNIDAD	25	50	EV3	USA	4.616.667	260.000.000	5.000.000	250.000.000	8%	La muestra presentada **Cumple** con las Especificaciones Técnicas y las Documentaciones solicitadas en el PBC. **Se sugiere Adjudicar.**
MLT PHARMA S.R.L.	10	42203402-004	MICROCATÉTER ENDOVASCULAR: MICRO CATÉTER, PARA COILS, PARA ANEURISMA	UNIDAD	UNIDAD	25	50	MICROCATETER HEADWAY	USA/FRANCIA/COSTA RICA/JAPON	4.616.667	260.000.000	5.309.167	265.458.350	15%	La muestra presentada **Cumple** con las Especificaciones Técnicas Solicitadas. Presenta **Declaración Jurada** respecto a la muestra del Item 11.
MLT PHARMA S.R.L.	11	42203402-004	MICROCATÉTER ENDOVASCULAR: MICRO CATÉTER, PARA COILS, PARA ANEURISMA	UNIDAD	UNIDAD	25	50	MICROCATETER HEADWAY	USA/FRANCIA/COSTA RICA/JAPON	4.675.000	275.000.000	5.327.819	266.390.950	14%	La muestra presentada **Cumple** con las Especificaciones Técnicas y las Documentaciones solicitadas en el PBC. **Se sugiere Adjudicar.**
SALUMAX S.A.	11	42203402-004	MICROCATÉTER ENDOVASCULAR: MICRO CATÉTER, PARA COILS, PARA ANEURISMA	UNIDAD	UNIDAD	25	50	EV3	USA	4.850.000	275.000.000	5.328.000	266.400.000	14%	La muestra presentada **No Cumple** con las Especificaciones Tecnicas Solicitadas, corresponde a un microcateter de 0017 de diametro interno, el item solicita diametro interno de 0021 french. **Se sugiere desestimar la oferta .**

Elida Cano
Dirección de Logística de Suministros de Salud

Dr. Juan J. Jara
Neurocirujano
Reg. Prof. Nº 9.348

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 86.122
Dirección Jurídica

2022-06-22 11:20:41.017119-04

000326

MLT PHARMA S.R.L.	12	42203402-004	MICROCATÉTER ENDOVASCULAR: MICRO CATÉTER, PARA COILS, PARA ANEURISMA	UNIDAD	UNIDAD	10	20	MICROCATETER HEADWAY	USA/FRANCIA/COSTA RICA/JAPON	4.850.000	110.000.000	5.429.999	108.599.980	12%	La muestra presentada **Cumple** con las Especificaciones Tecnicas Solicitadas.Presenta **Declaracion Jurada** respecto a la muestra del Item 11. **Se sugiere Adjudicar**
SALUMAX S.A.	12	42203402-004	MICROCATÉTER ENDOVASCULAR: MICRO CATÉTER, PARA COILS, PARA ANEURISMA	UNIDAD	UNIDAD	10	20	EV3	USA	4.850.000	110.000.000	5.430.000	108.600.000	12%	La muestra presentada **Cumple** con las Especificaciones Tecnicas y las Documentaciones solicitadas en el PBC.

10. DISIDENCIA:

EL Dr. Juan José Jara Verón, representante de la Gerencia de Salud Manifiesta lo siguiente:

En cuanto al ítem N° 5: Es un dispositivo indispensable para realizar intercambios vasculares a sistemas de alto calibre. Corresponde a una marca de material norteamericano de alta calidad. Los sistemas habituales de guía son muy rígidos para maniobrar en cuello-región cerebral. **Por lo tanto es urgente para el servicio.**

En cuanto al ítem N° 7: Es un material indispensable para trombectomías mecánicas cerebrales y colación de stents carotídeos. Es un sistema necesario para realizar procedimientos complejos cerebrales. La calidad del material es la manufactura en USA. **Por lo tanto, su adquisición es urgente.**

Elida Cairo
Dirección de Logística de Suministros de Salud IPS

Dr. Juan J. Jara
Neurocirujano
Reg. Prof. Nº 9.348

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

2022-06-22 11:20:41.017119-04

0003325