INFORME DE REEVALUACIÓN

1. INTRODUCCIÓN:

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días del mes de febrero de 2021, se presenta el Informe de Reevaluación resultante de la Evaluación de Ofertas inherentes a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/18 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"** con **ID N° 340.369**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la **Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.-

Por sorteo realizado en la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa Contrataciones D.O.P., conforme al Memorandum DOP/COP N° 707/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, fueron designados los miembros para integrar la Comisión de Reevaluación de Ofertas de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/18 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"**, conforme al siguiente detalle:

- ✓ Lic. Oscar Alberto Ocaño, en representación de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.
- ✓ Lic. Santiago Luis Samudio, en representación de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.
- ✓ Abg. Edgar Gimenez, en representación de la Dirección Jurídica.
- ✓ Abg. Gloria Fatima Colman, en representación de la Dirección Jurídica.

Que, conforme al Memorandum DOP/COP N° 805/2020 de fecha 23 de diciembre de 2020, fueron designados los miembros **Derlis Ruben Segovia Romero** y **Jorge Rejala Gonzalez en reemplazo de los miembros Oscar Alberto Ocaño y Santiago Luis Samudio** para integrar la Comisión de Reevaluación de Ofertas de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/18 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS".

2. ANTECEDENTES:

Que, por Resolución CA N° 067-002/2020 y N° 070-002/2020 de fecha 21 de agosto de 2020 y 31 de agosto 2020 respectivamente, que en su Art 1° adjudica parcialmente la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/18 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS".

Que, Resolución DNCP N° 5102/20 de fecha 11 de mayo de 2020, detalla lo siguiente: *"1° Hacer lugar a la protesta; 2° Anular la adjudicación del Ítem 5 y retrotraer lo actuado a la etapa de evaluación de ofertas; 3° Intimar a la Convocante a que comunique a esta Dirección Nacional el resultado de la nueva evaluación de las ofertas y la Resolución tomada en consecuencia con sus respectivas notificaciones..."*.

Que, Resolución DNCP N° 5151/20 de fecha 10 de noviembre de 2020, detalla lo siguiente: *"1° Rechazar las protestas promovidas por LA CASA DEL MEDICO S.A. y SOLUMEDIC S.A.; 2° Hacer lugar a la protesta por DYSA HEALTHCARE S.A.; 3° Anular la adjudicación del Ítem 6 y retrotraer lo actuado a la etapa de evaluación de ofertas; 4° Intimar a la Convocante a que comunique a esta Dirección Nacional el resultado de la nueva evaluación de las ofertas y la Resolución tomada en consecuencia con sus respectivas notificaciones..."*.

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Que, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto por Memorándum CA 5000002284 de fecha 31de octubre de 2018, informa el referido llamado corresponde al objeto de gasto 535 "Equipos de Salud y Laboratorio" del Programa N° 2 "Servicios Sociales de Calidad", y que cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 425/18 de fecha 31de octubre de 2018. Cabe mencionar que el proceso es de carácter plurianual.

4. APERTURA DE SOBRES OFERTAS.

Según Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID N° 340.369 en la ciudad de Asunción, Capital de la República de Paraguay siendo las 13:51 hs del día 05 de diciembre de 2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas EEUU N° 961 casi Tte. Fariña, de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 en la Resolución N° 1408/14,

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBEN SEGOVIA ROMERO
Sección Administración
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. N° 17.778
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística
2021-02-04

finaliza la Subasta a la Baja Electrónica con ID: 340.369, **"LPN SBE 10-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS de la Institución",** arrojando el listado de los Proveedores Participantes:
CHACO'I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - RUC: 80011101-0, ASUNCIÓN COMUNICACIONES S.A. - RUC: 80012224-0, CODEX S.R.L. - RUC: 80000173-7, SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO) - RUC: 80006779-7, G.T. SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6, CONSORCIO SUMI (SUMI S.A. – SUMI SCIENTIFIC) - RUC: 80109965-0, CASA BOLLER S.A. RUC 80001556-8, V & V S.A. - RUC: 80038216-1, DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - RUC: 80017185-3, IN SITU S.A. RUC 80027373-7, SALUMAX S.A. - RUC: 80018828-4, INFOTEC S.A. - RUC: 80021897-3, EDISON S.R.L. - RUC: 80093090-8, GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA – RUC: 80088101-0, BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7, CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0, IMESE S.A. - RUC: 80016426-1, B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. – RUC: 80012330-1, MAKRI S.A. - RUC: 80029237-5, GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA – RUC: 80091967-0, DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1, SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0, LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4, DEZETA S.A. - RUC: 80019208-7, DGR INTERNACIONAL S.R.L. - RUC: 80028232-9, ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1, EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. – RUC: 80002379-0, FALCON COM. & IND. S.A. - RUC: 80010835-3, ALBATROS S.A.C.I. - RUC: 80002766-3

5. APERTURA DE SOBRES OFERTAS

Según Acta N° 119/19 de fecha nueve días del mes de diciembre de 2019, siendo las 09:00 horas, se dio apertura a las ofertas presentadas:

1. **CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - RUC: 80011101-0:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 19.364.887.964.- (Guaraníes diecinueve mil trescientos sesenta y cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 1.110.000.000.- (Guaraníes mil ciento diez millones)** Empresa Aseguradora: **ROYAL SEGUROS S.A** N° de Póliza: 1508003149.- Total de hojas foliadas 407 (cuatrocientos siete).

2. **ASUNCION COMUNICACIONES S.A. - RUC: 80012224-0:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 1.884.999.999.- (Guaraníes un mil ochocientos ochenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 72.000.000.- (Guaraníes doscientos cincuenta millones)** Empresa Aseguradora: **LA PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS** N° de Póliza: 03.1508.03587/000.- Total de hojas foliadas 519 (quinientos diez y nueve).

3. **CODEX S.R.L. - RUC: 80000173-7:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 4.667.200.000.- (Guaraníes cuatro mil seiscientos sesenta y siete millones doscientos mil). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 141.000.000.- (Guaraníes ciento cuarenta y un millones)** Empresa Aseguradora: **ASEGURADORA DEL ESTE S.A.** N° de Póliza: 1508010479.- Total de hojas foliadas 144 (ciento cuarenta y cuatro).

4. **SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - RUC: 80006779-7:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 20.631.297.780.- (Guaraníes veinte mil seiscientos treinta y un millones doscientos noventa y siete mil setecientos ochenta). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 761.500.000.- (Guaraníes setecientos sesenta y un millones quinientos mil)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508047713- END.: 000.- Total de hojas foliadas 130 (ciento treinta).

5. **G. T. SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 17.619.474.678.- (Guaraníes diez y siete mil seiscientos diez y nueve millones cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 960.000.000.- (Guaraníes novecientos sesenta millones)** Empresa Aseguradora: **ASEGURADORA YACYRETA S.A.** N° de Póliza: 28.1508004430.0000.- Total de hojas foliadas 165 (ciento sesenta y cinco).

6. **CONSORCIO SUMI (SUMI S.A. – SUMI SCIENTIFIC) - RUC: 80109965-0:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 6.490.500.000.- (Guaraníes seis mil cuatrocientos noventa millones quinientos mil). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 219.000.000.- (Guaraníes doscientos diez y nueve millones)** Empresa Aseguradora: **LA RURAL S.A.** N° de Póliza: 002-1508005459.- Total de hojas foliadas 208 (doscientos ocho).

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.778
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Viana

2021-03-09 12:25:

7. **CASA BOLLER S.A. RUC 80001556-8:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 22.762.999.960.- (Guaraníes veinte y dos mil setecientos sesenta y dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 1.317.000.000.- (Guaraníes un mil trescientos diez y siete millones)** Empresa Aseguradora: **EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. CIA. DE SEGUROS GENERALES** N° de Póliza: 1508011489.- Total de hojas foliadas 245 (doscientos cuarenta y cinco).

8. **V & V S.A. - RUC: 80038216-1:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 29.370.813.849.- (Guaraníes veinte y nueve mil trescientos setenta millones ochocientos trece mil ochocientos cuarenta y nueve) IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 1.730.000.000.- (Guaranies un mil setecientos treinta millones)** Empresa Aseguradora: **ROYAL SEGGUROS S.A.** N° de Póliza: 1508003147.- Total de hojas foliadas 183 (ciento ochenta y tres).

9. **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - RUC: 80017185-3:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 4.372.519.992.- (Guaranies cuatro mil trescientos setenta y dos millones quinientos diez y nueve mil novecientos noventa y dos). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 200.000.000.- (Guaraníes doscientos millones)** Empresa Aseguradora: **FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.** N° de Póliza: 1508004540.- Total de hojas foliadas 268 (doscientos sesenta y ocho).

10. **IN SITU S.A. RUC 80027373-7:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 837.000.000.- (Guaraníes ochocientos treinta y siete millones). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 55.000.000.- (Guaraníes cincuenta y cinco millones)** Empresa Aseguradora: **ASEPASA** N° de Póliza: 1508016599.- Total de hojas foliadas 110 (ciento diez).

11. **SALUMAX S.A. - RUC: 80018828-4:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 7.380.000.000.- (Guaraníes siete mil trescientos ochenta millones). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 420.000.000.- (Guaraníes cuatrocientos veinte millones)** Empresa Aseguradora: **ROYAL SEGUROS S.A.** N° de Póliza: 1508003155.- Total de hojas foliadas 415 (cuatrocientos quince).

12. **INFOTEC S.A. - RUC: 80021897-3:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 14.528.999.976.- (Guaraníes catorce mil quinientos veinte y ocho millones novecientos noventa y nueve mil novecientos setenta y seis). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 789.000.000.- (Guaraníes setecientos ochenta y nueve millones)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508047671-000.- Total de hojas foliadas 81 (ochenta y uno).

13. **EDISON S.R.L. - RUC: 80093090-8:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 2.489.000.000.- (Guaraníes dos mil cuatrocientos ochenta y nueve millones). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 113.700.000.- (Guaraníes ciento trece millones setecientos mil)** Empresa Aseguradora: **SEGUROS GENERALES S.A.** N° de Póliza: 1508002567.- Total de hojas foliadas 72 (setenta y dos).

14. **GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA – RUC: 80088101-0:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 2.379.999.988.- (Guaraníes dos mil trescientos setenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y ocho). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 114.000.000.- (Guaraníes ciento catorce millones)** Empresa Aseguradora: **ROYAL SEGUROS S.A.** N° de Póliza: 1508003161.- Total de hojas foliadas 167 (ciento sesenta y siete).

15. **BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 4.598.999.968.- (Guaraníes cuatro mil quinientos noventa y ocho millones novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y ocho). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 195.000.000.- (Guaraníes ciento noventa y cinco millones)** Empresa Aseguradora: **ASEGURADORA YACYRETA S.A.** N° de Póliza: 28.1508004435.0000.- Total de hojas foliadas 182 (ciento ochenta y dos).

16. **CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 700.000.000.- (Guaraníes setecientos millones). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 30.000.000.- (Guaraníes treinta millones)** Empresa Aseguradora: **REGIONAL S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508001593.- Total de hojas foliadas 104 (ciento cuatro).

17. **IMESE S.A. - RUC: 80016426-1:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 12.854.899.974.- (Guaraníes doce mil ochocientos cincuenta y cuatro millones ochocientos noventa y nueve novecientos setenta y cuatro). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 480.000.000.- (Guaraníes**

Comisión de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Administración de Equipos e Inst.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. N° 17.778
Dirección Jurídica

2021

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25

cuatrocientos ochenta millones) Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508047687/000.- Total de hojas foliadas 322 (trescientos veinte y dos).

18. **B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. – RUC: 80012330-1:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 899.000.000.- (Guaraníes ochocientos noventa y nueve millones). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 52.500.000.- (Guaraníes cincuenta y dos millones quinientos mil)** Empresa Aseguradora: **SEGUROS GENERALES S.A. SEGESA** N° de Póliza: 1508002571.- Total de hojas foliadas 66 (sesenta y seis).

19. **MAKRI S.A. - RUC: 80029237-5:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 20.443.835.377.- (Guaraníes veinte mil cuatrocientos cuarenta y tres millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos setenta y siete). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 860.000.000.- (Guaraníes ochocientos sesenta millones)** Empresa Aseguradora: **FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS** N° de Póliza: 1508004541.- Total de hojas foliadas 36 (treinta y seis).

20. **GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA – RUC: 80091967-0:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 6.910.995.000.- (Guaraníes seis mil novecientos diez millones novecientos noventa y cinco mil). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 240.000.000.- (Guaraníes doscientos cuarenta millones)** Empresa Aseguradora: **SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS** N° de Póliza 1508015223.- Total de hojas foliadas 14 (catorce).

21. **DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 33.817.500.000.- (Guaraníes treinta y tres mil ochocientos diez y siete millones quinientos mil). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 1.800.000.000.- (Guaraníes un mil ochocientos millones)** Empresa Aseguradora: **EL SOL DEL PARAGUAY** N° de Póliza: 1508005117.- Total de hojas foliadas Tomo I del 1 al 339 (uno al trescientos treinta y nueve) Tomo II del 330 al 713 (trescientos treinta al setecientos trece).

22. **SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 37.441.290.706.- (Guaraníes treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y un millones doscientos noventa mil setecientos seis). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 1.800.000.000.- (Guaraníes un mil ochocientos millones)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508047655/000.- Total de hojas foliadas 560 (quinientos sesenta).

23. **LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 33.097.304.222- (Guaraníes treinta y tres mil noventa y siete millones trescientos cuatro millones doscientos veinte y dos). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 1.500.000.000.- (Guaraníes un mil quinientos millones)** Empresa Aseguradora: **ASEPASA.** N° de Póliza: 1508016601.- Total de hojas foliadas 304 (setenta y tres).

24. **DEZETA S.A. - RUC: 80019208-7:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 3.632.999.997.- (Guaraníes tres mil seiscientos treinta y dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 165.000.000.- (Guaraníes ciento sesenta y cinco millones)** Empresa Aseguradora: **EL SOL DEL PARAGUAY S.A.** N° de Póliza: 1508005114.- Total de hojas foliadas 244 (doscientos cuarenta y cuatro).

25. **DGR INTERNACIONAL S.R.L. - RUC: 80028232-9:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 2.380.000.000.- (Guaraníes dos mil trescientos ochenta millones). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 80.000.000.- (Guaraníes ochenta millones)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508046411 – END. 001/002.- Total de hojas foliadas 108 (ciento ocho).

26. **ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 21.688.731.883.- (Guaraníes veinte y un mil seiscientos ochenta y ocho millones setecientos treinta y mil ochocientos ochenta y tres). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 900.000.000.- (Guaraníes novecientos millones)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508047711 - END.: 000.- Total de hojas foliadas 467 (cuatrocientos sesenta y siete).

27. **EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC – RUC: 80002379-0:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 5.479.999.998.- (Guaraníes cinco mil cuatrocientos setenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs.**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.778
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.

Copia de Abastecimiento y Logística
2021-03-05 [illegible]

195.000.000.- (Guaraníes ciento noventa y cinco millones) Empresa Aseguradora: **ASEPASA S.A.** N° de Póliza: 1508016600.- Total de hojas foliadas 227 (doscientos veinte y siete).

28. **FALCON COM. & IND. S.A. - RUC: 80010835-3:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 18.986.000.000.- (Guaraníes diez y ocho mil novecientos ochenta y seis millones). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 915.000.000.- (Guaraníes novecientos quince millones)** Empresa Aseguradora: **ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS** N° de Póliza: 1508006305.- Total de hojas foliadas 245 (doscientos cuarenta y cinco).

29. **ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 11.009.030.000.- (Guaraníes once mil nueve millones treinta mil). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 435.000.000.- (Guaraníes cuatrocientos treinta y cinco millones)** Empresa Aseguradora: **ASEPASA** N° de Póliza: 1508016602.- Total de hojas foliadas 337 (trescientos treinta y siete).

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. N° 1...78
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Cáceres Peluccio
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge Godínez
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

2021-03-30 14:18:27.354375-04

6. OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTO DE APERTURA.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA Nº 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019

Empresa: CHACO'I ICSA

Representante: Rocío Medina

La empresa V y V S.A. presento cedula vencida del señor Victor Manuel Suarez Zarate CI: 3404611, Tampo la presente catalogos ni carta de representacion de la marca XHYL, tampoco cumple en el Item 32, el punto 32.4.5 Cubierta radiotransparente.

En el Item 31 la oferta presentada por la firma La casa del médico no cumple con el punto 31.5.3 ni con el punto 31.5.4

En el Item 32 la oferta presentada por las firmas la casa del médico y Dysa Healthcare no cumple con el punto 32.5.1

En el Item 39 las ofertas presentadas por las firmas Infotec S.A. y Casa Bofer S.A no cumplen con los puntos 78.5.7 y 78.6.8

En el Item 103 la oferta presentada por la firma Mafec S.A. no cumple con el punto 103.4.16.

Lic. Rocío Medina
Chaco'i ICSA

Lic. Rocío Medina
Chaco'i ICSA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Golmán
Abogada - Mat. Nº 11.../8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística

2021-03-30 14:18:27.354375-04

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA Nº 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019

Empresa: GT Scientific SA

Representante: Mirtha Teresa Olmedo Caro

1) La empresa Insiste presenta un Certificado de Registro y Notificacion con Vigencia del CPS (Empresa) vencida, no se subsanó otro documento que extienda la vigencia del mismo

2) La empresa Insiste no presento o no se visualiza el Certificado de haber realizado la visita tecnica segun el enunciado del Anexo 3 Seccion VII

3) Presento oferta en el Item 98 el cual no cumple en el punto 4.9. , La placa de especificaciones no corresponde a la Ofertada

4) Presento oferta en el Item 95 y subsanó que no cumple en el punto 4.2 y 4.5 (No 5) indica Se coloca en el area de trabajo y el plano solicita colocado al empotrado en el punto 4.8 La temperatura de trabajo requerido es de 80° y el equipo ofertado llega a 75°C

5) Oferta Item 98. No se observa que cumple el punto 4.9 Funcion de distanciador sin memoria

6) Oferta el Item 56 no se observa que cumple el punto 4.12 y 4.13 del PBC

Mirtha T. Olmedo Caro
GT SCIENTIFIC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.178
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Gimenez Quintana
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 26.175

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González Soto
Coordinador Administrativo
Dirección de Asesoría Jurídica

Gerencia de Abastecimiento y Logística

2021-03-30 14:18:27.354375-04

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019

Empresa: Casa Boller SA.

Representante: Laura Cortes

Para el ítem 9 la oferta presentada por la empresa DYSA con su equipo Perfusion modelo AVEA no cumple con las especificaciones técnicas específicamente en el punto 4.13 donde solicitan "Nebulizador sincronizado con la ventilación" sin embargo en un extracto del manual del AVEA menciona "el nebulizador no está activo mientras el AVEA funciona con su compresor interno" tampoco se especifica en el manual sobre los puntos 4.16 ; 4.18 ; 8.6 y 9.5.

Para el ítem 9 la oferta presentada por la empresa MAKPI SA con su equipo Maquimed con su modelo Flexima plus en su manual obtenido en la web del fabricante no se especifican datos sobre los puntos 3.2 ; 4.16 4.18 y 9.11. por lo que asumimos no cumplen con las especificaciones solicitadas

Laura Cortes
Asistente de Licitaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmá
Abogada - Mat. Nº 17.178
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística

2021-03-30 14:18:27.354375-04

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA Nº 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019

Empresa: CASA BOLLER

Representante: Laura Godoy

La empresa V&V S.A. presenta CS vencida. de uno de los representantes legales "Victor Manuel Scarone Zarate"

Además en su declaración Jurada, declaran que poseen capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado. segun PBC y las adendas, para proveer "Medicamentos" siendo que ellos ofertan olo en su planilla de precios "equipos".

* Para el item 5 la oferta presentada por la empresa V&V con su equipo Hersill modelo Bonus no cumple las especificaciones técnicas solicitadas, especificamente en el punto 5.7 donde solicitan "Presión de soporte de 2 a 30 cmH2O" y en el manual del equipo indica "Presión de soporte de 5 a 50 cmH2O" no cumpliendo con el rango inferior. Así también en el manual no se encuentran datos sobre los siguientes puntos 4.3.6, 9.2, 9.3, 9.7.2, 9.7.3 y 9.7.4.

* Para el item 8 la oferta presentada por la empresa V&V con su equipo Leistung PR4-G no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, especificamente en el punto 4.6 donde solicitan "F.O2 de 40 a menor a 100%" sin embargo en el manual del equipo indica que sólo va de 50 a 100% no cumpliendo con lo solicitado.

Tampoco el manual hace mención sobre los certificados CE e ISO 13485, ni sobre los puntos 4.2 ni 9.6

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

BOLLER Laura Godoy Asistente de Licitaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmá
Abogada - Mat. Nº 17.178
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Jose Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logistica

2021-03-30 14:18:27.354375-04

160

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019

Empresa: Infotec S.A

Representante: Miguel Barreto

Mesas Quirúrgicas

Incluir entrenamiento de las 3 distintas marcas para los 3 tipos de Mesas

Cama Bariátrica - Diamond 660 - Angulación lateral de Piernas (60° hasta 120°)

Freno Mecánico central; Regulación de cabecera (-45 a 75), largo de mesa (196 cm)

Cirugía Industrial: Tecnomesa ET 5000: Elevación de mesa (60 cm a 90 cm)

Trendelenburg -15 a 22; Inclinación cabecera 440 - 90; inclinación Pierna 45-90;

Inclinación lateral ±15

Falcon Beta Turmos 650 NS: Ancho de mesa 52 cm, Elevación de mesa 57cm a 101cm;

Peso máximo soportado 233 kg

Marca: Nuevamed Medis 1000 BB: certificación Sino Mexicana

Grupo SBP Famed 5005 Peso Paciente máximo 233 kg, pedal doble (mecánico),

Submedia stress Cama 3 ancho de mesa 52 cm y peso máximo soportado 320 kg

Albatecs Berfab BF 6B3 Peticion de habitación, negativos y foto

Monitor Multiparametrico

Dyna: Pinzas Verificar medición de drogas

Lucia Camargo
5 213 298

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmá
Abogada - Mat. N° 17...8
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística

2021-03-30 14:18:27.354375-04

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA Nº 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019

Empresa: Infotec S.A

Representante: Miguel Barreiro

Mesas Quirurgicas

Verificar incumplimiento de los siguientes puntos para los Item de Mesa Cirugia Bariatrica - Diamond 660 Angulación lateral derecha (80° total 120°) fijo Mecánico central; Regulación de inclinación (-45 +25) Largo de mesa (196 cm) Chuza Industrial Technomed ET 5000 Elevación de mesa (60cm a 90cm) Trendelenburg -15 +22; Inclinación cabeza 40 90, inclinación pierna +15 -90; Inclinación lateral ±15

Falcon Beat Tilmar 650 MS ancho de mesa 52 cm, Elevación de mesa 53cm 101cm, Peso máximo soporte 273 kg

Maker Quirumed Medis 1600 BRi cumple con todo MERCOSUR.

Grupo IBP Famed 5005 Peso máximo 235 kg, pedal liberación (mecánico).

Sobremesa Steris Cmax 3 ancho de mesa 52cm, peso máximo soporte 270 kg

Albatros Berfab BF 683 Perfiles de inclinación, angulaciones y tamaño

Monitor Multiparametrico:

DyNA: Fluidos Verificar medición de drogas.

Lucas Sammaroga
5 213 290

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmá
Abogada - Mat. Nº 17.778
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge Quiñónez
Jefe Dpto. Medicina Basada en Tecnologías de Salud

Gerencia de Abastecimiento y Logística

2021-03-30 14:18:27.354375-04

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

2021-03-30 14:18:27.354375-04

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019

Empresa: DYSA HEALTHCARE S.A.

Representante: Daniel Samaniego

La firma INFOTEC presenta Especificaciones Técnicas incompletas no indican parámetros ni folio para el Item 6 Monitores Multiparamétrico la firma La Casa del Médico presenta especificaciones técnicas para el Item 32 Cama de Internación eléctrica con balanza, no indican que cumplan con los Item 32.4.3 sobre las dimensiones de la cama, está en blanco, así como en el Item 32.9.4 sobre alimentación eléctrica está en blanco. En ambos casos no señalan que cumplan. La firma Solumedic S.A. no presenta Planilla de datos garantizados de los Items cotizados. Además en la Planilla de EETT la columna de parámetros y folio del Item 7. Monitor Neurológico se encuentra en blanco sin completar: 4.17, 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 5.8.7, 7.6, 7.7, 7.8 y 7.9.

Daniel M. Samaniego V.
D.Y.S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmá
Abogada - Mat. Nº 17.778
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística

2021-03-30 14:18:27.354375-04

DESCARGO DE ACUERDO A LAS OBERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTA:

➢ ***Observaciones realizadas por el oferente Casa Boller S.A. a los oferentes***

Distribuidora Ypacaraí S.A.

- Observados los catálogos y realizadas las consultas correspondientes al oferente, se da a conocimiento el punto en cuestión.

- ***Ítem 5***

5.	4.3.5	Válvula de sobrepresión (APL), de 5 o menor a 70 o mayor cm de H2O.	SI	Válvula de sobrepresión (APL) en el rango de min a 70 cm H2O El límite inferior (min) se corresponde (valores de presión mínimos de la válvula APL) en referencia a condiciones STPD y BTPS según flujo de trabajo no superando el límite inferior solicitado. Sistema de anestesia Penlon Prima 465-Sistema Respiratorio/Absorvedor-Válvula APL (Pág. 7). Manual del usuario Máquina de anestesia Prima 465-Especificaciones-Datos de presión y flujo (válvula totalmente abierta) (pág. 25).-	162, 174.-
5.	5.8	Flujo inspiratorio: 120 LPM. Como mínimo	SI	Flujo inspiratorio: hasta 120 LPM. Sistema de anestesia Penlon Prima 465-Especificaciones técnicas-Especificaciones del ventilador-(pág. 3).-	158.-
5.	9.1	Identificación automática de agentes anestésicos.	SI	Identificación automática de agentes anestésicos. (Gas primario, gas secundario) Manual del usuario Máquina de anestesia Prima 465-Apéndice 6 Módulo de control de gases anestésicos de flujo lateral (optativo)-Medición de gases (págs. 94 y 95).-	185, 186.-
5.	9.3	Detección de mezclas de gases con despliegue de las concentraciones de los gases mezclados.	SI	Detección de mezclas de gases con despliegue de las concentraciones de los agentes mezclados (FiAA1, EtAA1,FiAA2, EtAA2), Manual del usuario Máquina de anestesia Prima 465-Descripción-3.13 monitoreo de paciente-3.13.1 Parámetros (pág. 19). Respuestas a consultas realizadas -	
5.	9.7.3	Dióxido de carbono: alto	SI	EtCO2 (opcional) (alta/baja) Manual del usuario Máquina de anestesia Prima 465-Especificaciones-Configuraciones de las alarmas-Tipo de alarma (Pág. 24). Carpeta de antecedentes	14.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DERLIS RUBEN ROMERO Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Gloria Colmán Abogada Mat. Nº 17.178 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Edgar Jose Gimenez Palacios Dirección Jurídica Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística wjara

				Tomo XII.	
5.	9.7.4	Mezcla de gases.	SI	Mezcla de gases. "la mezcla de gases y MAC es >=3!!": "la mezcla de gases y MAC es < 3!!" . Manual del usuario Máquina de anestesia Prima 465-Alarmas (Pág. 69).-	182.-

V&V S.A.

- ***Ítem 5***

5.	5.7	Presión de soporte (PSV): de 2 a 30 cm de H2O o mejor rango.	NO	Se indica lo siguiente en especificaciones técnicas presentadas. Presión de soporte: 2-51 cm H2O. Folleto Hersill Nº ES-51800/19/04- Campo de aplicación : neonatos, niños y adultos- Sin embargo en secciones del manual de usuario se indica: (no cumple límite inferior de presión de soporte) Tabla de parámetros en modos controlados por volumen (pág. 65)- Presión de soporte PS: off, 5-50 cmh2O Tabla de parámetros en modos controlados por presión (pág. 69)- Presión de soporte PS: off, 5-50 cmh2O Tabla de parámetros en ventilación por presión adaptativa con volumen garantizado (APVG) (pág. 73)- Presión de soporte PS: off, 5-50 cmh2O Tabla de parámetros en ventilación por presión de soporte (pág. 75)- Presión de soporte PS: 5-50 cmh2O Se solicitó a oferente aclaración sobre diferencias de rangos del parámetro solicitado en lista de consultas. Sin embargo no se presentó dicha aclaración como consta en respuestas a consultas realizadas.-	277 (25).- 236 65), 234(67), 232 (69), 231(70).-

5.	4.3.6	Canister con sistema que permita realizar cambio de cal sin necesidad de detención de la ventilación o con válvula bypass de CO_2	SI	El sistema C.A.B.S incluye un camino alternativo para evitar el absorvedor (mediante un bypass) mientras el frasco no está conectado. Se recomienda	183.-

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBEN ROMERO
Sección Administrativa
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.[illegible]8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

				subir el flujo de gas fresco durante esta maniobra. Manual de usuario y mantenimiento Hersill Genesis-10.21 Cambio de la Cal Sodada (pág. 54). Carpeta de antecedentes tomo XI.-	

5.	9.2	Concentración de agente anestésico (al menos sevoflurano e isoflurano).	SI	Concentración de agente anestésico (para Sevoflurano, Isoflurano, Halotano, Enflurano y Desflurano). Manual de usuario y mantenimiento Hersill Genesis-12 Monitorización-12.7 Monitorización de gases respiratorios y agentes (pág. 83). Carpeta de antecedentes tomo XI.-	227(74).-
5.	9.3	Detección de mezclas de gases con despliegue de las concentraciones de los gases mezclados.	NO	Oferente no presenta información a lo solicitado pese a consultas realizadas.-	.....

5.	9.7.2	Concentración de gases anestésicos: alto o bajo.	SI	Concentración de gases anestésicos (In halotano, In isoflurano, In desflurano, In sevoflurano, In enflurano): alto o bajo. Manual de usuario y mantenimiento Hersill Genesis-13 Alarmas- 13.5 Lista de alarmas y resolución de problemas (Troubleshooting) (págs. 99, 100 y 101).Carpeta de antecedentes tomo XI.-	14, 174.-
5.	9.7.3	Dióxido de carbono: alto o bajo.	SI	Dióxido de carbono (Et CO2): alto o bajo. Manual de usuario y mantenimiento Hersill Genesis-13 Alarmas- 13.5 Lista de alarmas y resolución de problemas (Troubleshooting) (pág. 99).Carpeta de antecedentes tomo XI.-	14.-
5.	9.7.4	Mezcla de gases.	SI	Mezcla de gases (Agentes múltiples -MAC inferiores a 3; Agentes múltiples -MAC superiores o iguales a 3). Manual de usuario y mantenimiento Hersill Genesis-13 Alarmas- 13.5 Lista de alarmas y resolución de problemas (Troubleshooting) (pág. 99).Carpeta de antecedentes tomo XI.-	182.-

- ***Observaciones realizadas por el oferente Infotec S.A. a los oferentes***

Distribuidora Ypacaraí S.A.

- Observadas las informaciones técnicas proveidas y realizadas las consultas correspondientes al oferente, en el detalle de lo solicitado en la Planilla de evaluación de E.E.T.T.

- ***Observaciones realizadas por el oferente Distribuidora Ypacaraí S.A. a los oferentes***

Gerencia de Abastecimiento y Logística wjara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colm
Abogada - Mat. Nº 17.778
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2021-03-30 14:19:37 PM 0004

Infotec S.A.

- Se realizaron las consultas correspondientes al oferente, solicitándole información técnica a fin de realizar la evaluación del ítem correspondiente.

7. INFORME JURIDICO:

Por este medio, en representación de la Dirección Jurídica en la ***Licitación Pública Nacional SBE N° 10/2018 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"***, remito el informe jurídico que corresponde:

Todas las ofertas fueron examinadas en su aspecto estrictamente legal, conforme a lo establecido en la Normativa vigente, y al Pliego de Bases y Condiciones (PBC), señalando que en su aspecto técnico y económico deberá ser evaluadas por áreas o funcionarios idóneos designados para el efecto, y ante este estado de cosas se expresa cuanto sigue:

1- **ARGON SRL – RUC:** 80004373-1;

ARGON S.R.L.	CIN°
Gumercindo Pedrozo Rodríguez	1874253
Nora Elizabeth Pedrozo Rodríguez	1481253
Carlos Roberto González	657054
Enriqueta González de González	774104
Oscar Félix Garcete González	1362127

Gerencia de Abastecimiento y Logística Wigia

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER SUSTANCIAL de la OFERTA:

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente se observa que la misma acompaña toda la documentación de índole sustancial, exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario**.

MONTO DE OFERTA POR ITEMS/ Gs.	Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta
Gs. 31.688.731.883.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FORMAL de la OFERTA:

En cuanto a la Documentación de Carácter Formal, la presente firma, acompaña toda la documentación ateniente a este apartado.
La presente firma cotiza los Ítems: 4, 6, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 34, 39, 41, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 78, 80, 82, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 101. del presente proceso licitatorio.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colm
Abogada - Mat. Nº 17.[illegible]5
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Mat. C.S.J. Nº 25.175

2021-03-30 [illegible] 554375-04

2- **FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL SA – RUC:** 80010835-3;

FALCON COM E IND SA	CIN°
RODOLFO DARIO ARCE GODOY	1167297
CHRISTIAN VIDAL ARCE GODOY	923855
JUAN BLADIMIRO ARCE FALCON	106018
BEATRIZ GODOY DE ARCE	202690
WALTER DENIS ARCE GODOY	1167298
VIVIAN LISETTE CONCEPCION ARCE GODOY	1477658

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER SUSTANCIAL de la OFERTA:

La firma oferente presenta toda la documentación legal requerida por el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y su **Decreto Reglamentario**.

MONTO DE OFERTA POR ITEMS/ Gs.	Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta
Gs.18.986.000.000.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FORMAL de la OFERTA:

En cuanto a la Documentación de Carácter Formal, se advierte la siguiente circunstancia, la oferta tiene la CONSTANCIA DE INSCRIPCION COMO IMPORTADOR expedido por la autoridad competente, es decir el MSP Y BS, se encuentra vencida

A tal efecto, se deja a consideración del Convocante el requerir la documentación de índole formal no sustancial observada.

La presente firma cotiza los Ítems: 6,7, 31, 32, 35, 75, 76, 77, 78. del presente proceso licitatorio.-

3- **GT SCIENTIFIC SA – RUC:** 80000084-6;

GT SCIENTIFIC SA	CIN°
MARIA EUGENIA RAMONA PALEARI DE HARRISON	300653
MARIANGEL MANZONI RIART	1245713
CHRISTIAN ALDO HARRISON PALEARI	1045196
Diego Felipe Sanabria Filartiga	2482702
GUSTAVO ADOLFO DIAZ GILL	214537
RENATE GERTRUD HENNING DE DIAZ GILL	623276

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colm...
Abogada - Mat. N° 17...8
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

2021-03-30 14:18:27.354375-04

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER SUSTANCIAL de la OFERTA:

La firma oferente presenta toda la documentación legal requerida por el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y su **Decreto Reglamentario**.

MONTO DE OFERTA POR ITEMS/ Gs.	Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta
Gs. 17.619.474.678.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

20.2DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FORMAL de la OFERTA:

En cuanto a la Documentación de Carácter Formal, la presente firma acompaña toda la documentación de carácter formal no sustancial, correspondiente a este apartado.
La presente firma cotiza los Ítems: 4, 6, 7, 13, 14, 23, 45, 47, 48, 56, 61, 64, 81. del presente proceso licitatorio.-

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FORMAL de la OFERTA:

La presente firma cotiza los Ítems: 45, 47, 48, 56, 81. del presente proceso licitatorio.-

4- **INFOTEC SA – RUC:** 80021897-3;

JAVIER SANTIAGO COSP FONTCLARA 442643
FEDERICO JUAN COSP FONTCLARA 582478
SILVINO RIVEROS BAEZ 378938
FRANCISCO A. LOPEZ ARGIMON 380943
MIGUEL ANGEL BAREIRO SCRIBANO 868442
JOAQUIN ROBERTO COSP BAREIRO 1256722
JUAN PABLO COSP BAREIRO 1256738
GABRIEL JOSE COSP BAREIRO 1256737

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER SUSTANCIAL de la OFERTA:

MONTO DE OFERTA POR ITEMS/ Gs.	Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta
Gs. 14.528.999.976.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colm
Abogada - Mat. N° 1...
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wjara

2021-03-30 14:18:27:354375-04

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FORMAL de la OFERTA:

La presente firma cotiza los Ítems: 2, 3, 9, 31, 32, del presente proceso licitatorio.-

28 SOLUMEDIC SA – RUC: 80023913-0

SOLUMEDIC SA	CIN°
Adolfina Isabel Chamorro Ferreira	1813412
Victor Ramòn Cabañas Fernàndez	1051197
Diana Maria Gonzàlez Fonessa	1842103

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER SUSTANCIAL de la OFERTA:

Las documentaciones conforman la presente oferta se ajustan sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y su **Decreto Reglamentario**.

MONTO DE OFERTA POR ITEMS/ Gs.	Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta
Gs.37.441.290.706	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FORMAL de la OFERTA:

En cuanto a la Documentación de Carácter Formal, la presente firma, acompaña toda la documentación ateniente a este apartado.
La presente firma cotiza los Ítems: 2, 3, 4, 6, 7, 10, 17, 31, 32, 35, 49, 57, 66, 67, 75, 76, 77, 78, 85, 101, del presente proceso licitatorio.-

LA CASA DE MEDICO S.A. RUC N° 80011068-4

Monto ofertado: Gs. 33.097.304.222.-
N° de póliza de seguro: 1508016601.
Garantía de mantenimiento de oferta: Gs. 1.500.000.000- (cobertura requerida)
SIPE con documentación al día.

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y su **Decreto Reglamentario**.

Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Documentos que Acrediten Existencia Legal de la Persona Jurídica
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colm
Abogada
Dirección Jurídica

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

2021-03-30 14:18:27.354375-04

V & V S.A. RUC N° 80038216-1

Monto ofertado: Gs. 29.370.813.849.-
N° de póliza de seguro: 1508003147.
Garantía de mantenimiento de oferta: Gs. 1.730.000.000.- (cobertura requerida)
SIPE con documentación al día.

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y su **Decreto Reglamentario**.

Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Documentos que Acrediten Existencia Legal de la Persona Jurídica
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CASA BOLLER S.A. RUC N° 80001556-8

Monto ofertado: Gs. 22.762.999.960
N° de póliza de seguro: 1508011489.
Garantía de mantenimiento de oferta: Gs. 1.317.000.000.- (cobertura requerida)
SIPE con documentación al día.

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y su **Decreto Reglamentario**.

Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Documentos que Acrediten Existencia Legal de la Persona Jurídica
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DYSA HEALTHCARE S.A. RUC N° 80013820-1

Monto ofertado: Gs. 33.817.500.000.-
N° de póliza de seguro: 1508005117.
Garantía de mantenimiento de oferta: Gs. 1.800.000.000.- (cobertura requerida)
SIPE con documentación al día.

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y su **Decreto Reglamentario**.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colm[illegible]
Abogada - Mat. N° [illegible]
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
[illegible]
Dirección Jurídica
Abog. Mat. [illegible]

Gerencia de Abastecimiento y Logística Wiara

Formulario de Oferta	Garantia de Mantenimiento de la Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Documentos que Acrediten Existencia Legal de la Persona Jurídica
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIÓN: Las firmas que resulten adjudicadas deberán presentar para la suscripción del contrato las constancias de:
a) No Interdicción de la empresa oferente, de los Directores o Gerentes.
b) No haber solicitado Convocatoria de Acreedores ni hallarse en Quiebra.
c) Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social emitido por la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS.
d) Certificado de cumplimiento tributario.-

Reporte SINARH: por correo de fecha 11 de de diciembre de 2020, se remitió el reporte de la SINARH en el que no se visualiza ningún vínculo con ningún organismo o Entidad del Estado hasta la fecha, por tanto no se encuentran incursos en las prohibiciones establecidas en el art. 40de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

REGISTRO DE INHABILITADOS.

Consultado en el SICP si los oferentes ARGON SRL, FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL SA, GT SCIENTIFIC SA, INFOTEC SA, SOLUMEDIC SA, LA CASA DE MEDICO S.A., V & V S.A., CASA BOLLER S.A. y DYSA HEALTHCARE S.A. se encuentra en el Registro de Proveedores Inhabilitados para contratar en los procedimientos establecidos por la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, encontramos que la misma se hallan HABILITADAS.

8. ACLARACIONES LEGALES Y TECNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE REEVALUACION.

Que la Comisión Evaluadora a través de la Oficina de Coordinación solicitó las siguientes documentaciones:

Respuesta: El oferente no respondió.

9. ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS FORMALES Y ADICIONALES:

	G T SCIENTIFIC S.A.	CASA BOLLER S.A.	V & V S.A	INFOTEC S.A.	DYSA HEALTHCARE S.A.	SOLUMEDIC S.A.	LA CASA DEL MEDICO S.A.	ARGON S.R.L	FALCON COM. & IND. S.A.
Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Equipos Biomédicos a Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014 – 2015 – 2016 – 2017– 2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 30% (treinta por ciento) del valor de su oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Jefe Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colm
Abogada - Mat. N° .....
Dirección Jurídica

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Viajaro

2021-03-30 14:18:27.354375-04

Autorización del fabricante Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante debera presentar un poder o autorización otorgado por este ultimo No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección VI Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta Asimismo, la documentacion podrá ser presentada en copia simple no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Las plantillas de especificaciones técnicas, así como los catálogos y/o manuales en donde las mismas puedan ser comprobadas, deberán presentarse en formato impreso y formato digital (PDFs en CD)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de inscripción como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Direccion de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Copia Autenticada Patente Municipal Vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Balances de los años 2015, 2016 y 2017	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Copia Autenticada del Impuesto a la Renta de los tres últimos años (2015, 2016 y 2017)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado o constancia de habilitación del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificación del fabricante, legalizada por el Consulado del pais de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado Documentos seran requeridos para la firma del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificación emitida por el fabricante, que todos los bienes suministrados estaran libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en condiciones que imperen en el Paraguay	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE P/ITEM 5 CUMPLE P/ITEM 6	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de haber realizado la visita técnica o Declaración Jurada de conocer el lugar donde serán instalados los equipos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE P/ITEM 5 CUMPLE P/ITEM 6	CUMPLE	CUMPLE
Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar servicio tecnico de los equipos ofertados	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE P/ITEM 5 CUMPLE P/ITEM 6	CUMPLE	CUMPLE
Presentación de certificado que acrediten al oferente contar con servicio técnico capacitado y habilitado por el fabricante a realizar servicio técnico al equipo ofertado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia ***La omisión de la presentación del documento correspondiente no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.***	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colm
Abogada - Mat. Nº
Dirección Jurídica

Mat. C.S.J. Nº 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wiara

2021-03-30 14:18:27.354375-04

10. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Informe técnico de la reevaluación en el marco de la LPN SBE 10-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS

Por medio de la presente, se remite el informe técnico de la reevaluación de la **LPN SBE N° 10/18**.

Revisadas las ofertas presentadas, se da a informar el resultado de la evaluación técnica.

También se adjunta la planilla de evaluación al final del presente informe.

➢ *Para el ítem 5 Máquina de Anestesia, se fueron presentadas las siguientes ofertas, en orden de precios según el acta virtual de la SBE.*

- **1era Oferta: DYSA HEALTHCARE S.A.**

No cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC y sus adendas, en lo que concierne a las especificaciones técnicas y las documentaciones técnicas solicitadas.

- **2da Oferta: V&V S.A.**

No cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC y sus adendas, en lo que concierne a las especificaciones técnicas y las documentaciones técnicas solicitadas.

- **3ra Oferta: CASA BOLLER S.A.**

Cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC y sus adendas, en lo que concierne a las especificaciones técnicas y las documentaciones técnicas solicitadas.

- **4ta Oferta: LA CASA DEL MEDICO S.A.**

No cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC y sus adendas, en lo que concierne a las especificaciones técnicas y las documentaciones técnicas solicitadas.

Por consiguiente, la parte técnica sugiere adjudicar el ítem 5 al oferente CASA BOLLER S.A.

Por medio de la presente, se remite el informe técnico de la reevaluación de la **LPN SBE N° 10/18**.

Revisadas las ofertas presentadas, se da a informar el resultado de la evaluación técnica. También se adjunta la planilla de evaluación al final del presente informe.

➢ *Para el ítem 6, se fueron presentadas las siguientes ofertas, en orden de precios según el acta virtual de la SBE.*

- **1era Oferta: INFOTEC S.A.**

Cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC y sus adendas, en lo que concierne a las especificaciones técnicas y las documentaciones técnicas solicitadas.

- **2da Oferta: DYSA HEALTHCARE S.A.**

Cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC y sus adendas, en lo que concierne a las especificaciones técnicas y las documentaciones técnicas solicitadas.

Gerencia de Abastecimiento y Logistica
Mara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmé
Abogada - Mat. Nº 17...8

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Cardozo Palacio
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

- **3ra Oferta: FALCON COM. & IND.**

No cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC y sus adendas, en lo que concierne a las especificaciones técnicas y las documentaciones técnicas solicitadas.

- **4ta Oferta: LA CASA DEL MÉDICO S.A.**

No cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC y sus adendas, en lo que concierne a las especificaciones técnicas y las documentaciones técnicas solicitadas.

- **5ta Oferta: ARGON S.R.L**

Cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC y sus adendas, en lo que concierne a las especificaciones técnicas y las documentaciones técnicas solicitadas.

- **6ta Oferta: SOLUMEDIC S.A.**

Cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC y sus adendas, en lo que concierne a las especificaciones técnicas y las documentaciones técnicas solicitadas.

- **7tma Oferta: V&V S.A.**

No cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC y sus adendas, en lo que concierne a las especificaciones técnicas y las documentaciones técnicas solicitadas

- **8tva Oferta: GT SCIENTIFIC S.A.**

Cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC y sus adendas, en lo que concierne a las especificaciones técnicas y las documentaciones técnicas solicitadas.

Por consiguiente, la parte técnica sugiere adjudicar el ítem 6 al oferente INFOTEC S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 20.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.178
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Nuevas Tecnologías de Salud

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Viáticos

2021-03-30 14:18:27.354375-04

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/2018 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS".

Item 5

MAQUINA DE ANESTESIA

		Especificaciones Técnicas												
5.	**1**	**Datos Generales**	**PVSA**			**V&V**			**CASA BOLLER**			**LA CASA DEL MEDICO**		
5	1.1	Descripción: Equipo biomédico diseñado para suministrar gases anestésicos a los pacientes durante cirugía y al mismo tiempo monitorear sus signos vitales												
5.	**2**	**Datos proveídos por el oferente**												
5	2.1	Marca:	PENLON/PHILIPS			HERSILL			DRAGER			GENERAL ELECTRIC		
5	2.2	Modelo	PRIMA 465/M X500			GENESIS			PRIMUS			AVANCE CS2/B650		
5	2.3	Origen	INGLATERRA/ALEMANIA			ESPAÑA			ALEMANIA			USA/FINLANDIA		
5	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.penlon.com / www.philips.com			www.hersill.com			www.draeger.com			www.healthcare.com		
5.	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
5	3.1	Certificado de Normas de calidad específicas FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado	Cumple	FDA	192	Cumple	CE	Descargo a Consultas	Cumple	CE	73	**No cumple**	**No presenta Certificacion**	**Descargo a Consultas**
5	3.2	Certificado de Normas de calidad generales ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado	Cumple	ISO 13485	201	Cumple	ISO 13485	Descargo a Consultas	Cumple	ISO 13485	70	**No cumple**	**No presenta Certificacion**	**Descargo a Consultas**
5.	**4**	**Características**												
5.	**4.1**	**Gabinete**												
5	4.1.1	Soporte para al menos 2 (dos) vaporizadores con sistema Selectatec	Cumple	Posee lo solicitado	157	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	128
5	4.1.2	Montaje de ventilador interconstruido	Cumple	Posee lo solicitado	158	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	128
5	4.1.3	Mínimo tres contactos eléctricos. Tomas de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko)	Cumple	Posee lo solicitado	161	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5	4.1.4	Conexión para cilindros	Cumple	Posee lo solicitado	157	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5	4.1.5	Cajones, al menos uno	Cumple	Posee lo solicitado	157	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmá
Abogada - Mat. Nº 17.778
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Vijara

2021-03-30 14:18:27.354375-04

5	4.1.6	Mesa de trabajo, con iluminación integrada para el area de escritura.	Cumple	Posee lo solicitado	157	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5	4.1.7	Cuatro ruedas, al menos dos de ellas con freno	Cumple	Posee lo solicitado	158	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5	4.1.8	Indicadores o manómetro electrónico interconstruido de presión para suministro de toma mural, y manómetro analógico o digital para cilindros de respaldo	Cumple	Posee lo solicitado	161, 162	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5	4.1.9	Batería de respaldo interconstruida o no-break grado medico con capacidad para 90 minutos o mayor	Cumple	Posee lo solicitado	161	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	90min	Descargo a Consultas
5.	**4.2**	**Suministro de gases**												
5	4.2.1	Flujómetros electrónicos o virtuales para O2 y N2O y aire	Cumple	Posee lo solicitado	162	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	130
5	4.2.2	Mezclador electrónico	Cumple	Posee lo solicitado	162	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	130
5	4.2.3	Dispositivo antihipoxia de al menos 21% de O2	Cumple	Posee lo solicitado	162	Cumple	21% a 100%	Descargo a Consultas		21% a 100%	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	130
5	4.2.4	Flush o suministro de oxígeno directo	Cumple	Posee lo solicitado	166	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5.	**4.3**	**Circuito de paciente**												
5	4.3.1	Canister de un solo recipiente reutilizable y esterilizable con capacidad dentro del rango de 700 g - 1500 g	Cumple	Posee lo solicitado	162	Cumple	1,5l	Descargo a Consultas		1,5L	Descargo a Consultas		800g	Descargo a Consultas
5	4.3.2	Cantidad: 1 (uno) unidad	Cumple	Declaracion Jurada	162	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5	4.3.3	Montaje del circuito que permita ventilación mecanica y manual	Cumple	Posee lo solicitado	162	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	131
5	4.3.4	Partes en contacto con el gas desmontable, esterilizables en autoclave	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
7	4.3.5	Válvula de sobrepresión (APL), de 5 o menor a 70 o mayor cm de H2O	Cumple	0 93 a 70 cmH2O	Descargo a Consultas	Cumple	0cmH2O a 70cmH2O	Descargo a Consultas	Cumple	5cmH2O a 70cmH2O	Descargo a Consultas	Cumple	0 a 70cmH2O	Descargo a Consultas
5	4.3.6	Canister con sistema que permita realizar cambio de cal sin necesidad de detención de la ventilación o con válvula bypass de CO_2	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5	4.3.7	Soporte para la bolsa de reinhalación	Cumple	Posee lo solicitado	162	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	128

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Rolón
Abogada - Mat. Nº 17.[illegible]8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.[illegible]

2021-03-30 14:18:27.354375-04

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 10/2018 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS".

5	5	**Ventilador**													
5	5.1	Ventilador microprocesado a fuelle, pistón o electrónico para gases anestésicos	Cumple	Posee lo solicitado	158	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Piston	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	
5	5.2	Para ventilación de pacientes neonatos, pediátricos y adultos	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	128
5	5.2.1	Con medición y aplicación de los parámetros respiratorios en pantalla LCD color, de 12 pulgadas como mínimo	Cumple	12.1 pulgadas	157	Cumple	18.5"	Descargo a Consultas	Cumple	12.1"	Descargo a Consultas	Cumple	15 pulgadas	129
5	5.2.2	Control por Volumen y Control por Presión, con modo controlado y modo CumpleMV + PSV	Cumple	Posee lo solicitado	158	**No cumple**	**Solo posee PCV y PSV**	**Descargo a Consultas. Catalogo**	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	128
5	5.2.3	Control por Presión con Volumen Garantizado (PCV-VG O CumpleMILAR) o mejor, soporte de presión con respaldo de apnea	Cumple	Posee lo solicitado	158	**No cumple**	**No posee PCV-VG**	**Descargo a Consultas. Catalogo**	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	128
5	5.2.4	Posibilidad de realizar ventilación mecánica y manual	Cumple	Posee lo solicitado	158	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	**Posee lo solicitado**	131
5	5.2.5	Despliegue de curva de presión y curva de flujo o de volumen por lo menos dos de ellas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Maximo de 3 curvas	Descargo a Consultas
5	5.2.6	Control para ajuste de volumen de 50 ml o menor a 1400 ml o mayor	Cumple	0 a 1600ml	158	Cumple	5ml a 1500ml	Descargo a Consultas	Cumple	20ml a 1400ml	Descargo a Consultas	Cumple	5ml a 1500ml	128
5	5.3	Control de frecuencia respiratoria de 4 rpm o menor a 80 rpm o mayor	Cumple	0 a 100rpm	159	Cumple	3rpm a 120rpm	Descargo a Consultas	Cumple	3rpm a 100rpm	Descargo a Consultas	Cumple	4rpm a 100rpm	129
5	5.4	Control para ajustes de relación I:E	Cumple	Posee lo solicitado	159	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	129
5	5.5	Control de PEEP electrónico e integrado con rango de 4 cmH2O o menor a 20 cmH2O o mayor	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	0cmH2O a 30,5 cmH2O	Descargo a Consultas	Cumple	0cmH2O a 20cmH2O	Descargo a Consultas	Cumple	4cmH2O a 30cmH2O	129
5	5.6	Pausa inspiratoria de 0 a 50 % o mayor porcentaje	Cumple	0 a 60%	159	Cumple	0 a 60%	Descargo a Consultas	Cumple	0 a 60%	Descargo a Consultas	Cumple	0 a 60%	129
5	5.7	Presión de soporte (PSV) de 2 a 30 cm de H2O o mejor rango	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	**No cumple**	**5 a 50cmH2O (Parametro original tachado a mano)**	**Descargo a Consultas catalogo Folio. 67, 69, 70 y 102**	Cumple	0cmH2O a 50cmH2O	Descargo a Consultas	Cumple	2cmH2O a 40cmH2O	128
5	5.8	Flujo inspiratorio: 120 LPM Como mínimo	Cumple	120LPM	158	Cumple	120LPM	Descargo a Consultas	Cumple	0,1 a 150 LPM	Descargo a Consultas	Cumple	1 a 120 LPM	129
5	5.9	Medición de FIO2 en línea (21 a 99% de O2 inspirado), volumen corriente inspirado/exhalado, presión de las vías respiratorias	Cumple	18 a 100%	160	Cumple	0 a 100%	Descargo a Consultas	Cumple	0 a 100%	Descargo a Consultas	Cumple	18 a 100%	129

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Dirección Jurídica

2021-03-30 14:18:27.354375-04

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DR. RUBÉN ROMERO
Jefe Unidad Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.[illegible]8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica

5	5.10	Compensación automática de "compliancia" del circuito paciente y medición de 4 a 100 ml/cmH2O o mejor rango	Cumple	0 a 300ml/cmH2O	159	**No cumple**	**No ha dado respuesta a lo solicitado**	**Descargo a Consultas. Catalogo**	Cumple	0 a 250 ml/cmH2O	Descargo a Consultas	Cumple	4 a 100 ml/cmH2O	130
5.	5.11	Compensación de Flujo de Gases Frescos	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	130
5	5.11.1	Distensibilidad del circuito	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5	5.11.2	Fugas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5	5.11.3	Flujo de gas fresco	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	130
5	5.12	Control de flujo inspiratorio	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	129
5	5.13	Salida para dosificación de oxígeno de emergencia independiente del suministro eléctrico, equipada con flujómetro ajustable entre 0 y 10 l/min como mínimo	Cumple	0l/min a 10l/min	Descargo a Consultas		0l/min a 15l/min	Descargo a Consultas	Cumple	0l/min a 12l/min	Descargo a Consultas	**No cumple**	**5l/min a 10L/min**	**130**
5	5.14	Sistema que permita la ventilación mediante el uso de aire ambiental en caso de fallas en la línea de gases (Opcional)		OPCIONAL			OPCIONAL		Cumple	OPCIONAL			OPCIONAL	
5	5.15	Ventilador integrado de la misma marca que el sistema de anestesia.	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5.	**6**	**Parámetros de ventilación monitorizados y desplegados en pantalla del Ventilador**												
5.	**6.1**	**Parámetros numéricos**												
5	6.1.1	Volumen corriente	Cumple	Posee lo solicitado	159	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	128
5	6.1.2	Volumen minuto	Cumple	Posee lo solicitado	159	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	128
5	6.1.3	Presión media	Cumple	Posee lo solicitado	159	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	128
5	6.1.4	Presión pico	Cumple	Posee lo solicitado	159	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	128
5	6.1.5	PEEP	Cumple	Posee lo solicitado	159	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	129
5	6.1.6	Presión plateau o meseta	Cumple	Posee lo solicitado	159	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	128

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DENIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.778
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2021-03-30 14:18:27.354375-04

5.	6.1.7	Frecuencia respiratoria	Cumple	Posee lo solicitado	159	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	129
5.	**6.2**	**Despliegue de las siguientes curvas y lazos**												
5.	6.2.1	Presión versus Tiempo	Cumple	Posee lo solicitado	159	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5.	6.2.2	Flujo versus Tiempo	Cumple	Posee lo solicitado	159	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5.	6.2.3	Lazo Presión/Volumen	Cumple	Posee lo solicitado	159	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5.	6.2.4	Lazo Flujo/Volumen	Cumple	Posee lo solicitado	159	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5.	**6.3**	**Alarmas**												
5.	6.3.1	Audibles y visuales	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5.	6.3.2	Vm (volumen minuto, alta y baja)	Cumple	Posee lo solicitado	160	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5.	6.3.3	Baja presión de suministro de O2	Cumple	Posee lo solicitado	160	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5.	6.3.4	Presión alta de vías aéreas	Cumple	Posee lo solicitado	160	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	129
5	6.3.5	Presión baja de vías aéreas	Cumple	Posee lo solicitado	160	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	129
5.	6.3.6	Falla en el suministro eléctrico	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5.	6.3.7	Indicador de fuente de alimentacion AC o DC	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas
5.	6.3.8	Apnea	Cumple	Posee lo solicitado	160	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	129
5.	**7**	**Monitor Multiparamétrico**												
5.	7.1	Modular o preconfigurado	Cumple	Posee lo solicitado	188	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	132
5.	7.2	Pantalla	Cumple	Posee lo solicitado	188	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	132
5.	7.2.1	Tipo LCD	Cumple	Posee lo solicitado	188	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	132

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Unidad Jurídica

2021-03-30 14:18:27.354375-04

...TO DE PREVISION SOCIAL
...IS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Tomás González
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmá
Abogada - Mat. N° 17.
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José González Peñeros
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

5.	7.2.2	Tamaño 12" o más	Cumple	12 pulgadas	188	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	12.2"	Descargo a Consultas	Cumple	15 pulgadas	132
5.	7.2.3	Policromática	Cumple	Posee lo solicitado	188	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	132
5.	7.2.4	Configurable por el usuario	Cumple	Posee lo solicitado	187	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	132
5.	7.3	Bateria de respaldo o no-break de grado médico con capacidad de 60 minutos o mayor	Cumple	2,5 horas	286	**No cumple**	**No especifica el tiempo de duracion**	**Descargo a Consultas. Catalogo**	Cumple	180min	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	133
5.	7.4	Software en español	Cumple	Posee lo solicitado	187	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	133
5.	7.5	Tendencias gráficas y numéricas	Cumple	Posee lo solicitado	187	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	132
5.	7.6	Alarmas Audiovisuales, priorizadas en tres niveles, con despliegue de mensajes y configurables por el usuario	Cumple	Posee lo solicitado	189	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	132
5.	7.7	Por lo menos 8 (ocho) trazos simultáneos	**No Cumple**	**Hasta 6 curvas simultáneas**	**189**	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	8 trazos simultaneos	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	132
5.	**8**	**Parámetros desplegados en pantalla del Monitor Multiparamétrico**												
5.	8.1	ECG	Cumple	Posee lo solicitado	189	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	132
5.	8.1.1	Frecuencia cardiaca	Cumple	Posee lo solicitado	189	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	135
5.	8.1.2	Posibilidad de despliegue de al menos 12 (doce) derivaciones	Cumple	12 derivaciones	189	Cumple	12 derivaciones	Descargo a Consultas	Cumple	12 derivaciones	Descargo a Consultas	Cumple	12 derivaciones	134
5.	8.1.3	Despliegue simultáneo de al menos dos canales	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	6 canales	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	134
5.	8.1.4	Analisis del segmento ST en al menos las dos derivaciones seleccionadas	Cumple	Posee lo solicitado	191	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	134
5.	8.1.5	Análisis de arritmias	Cumple	Posee lo solicitado	190	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	134
5.	8.2	SPO2	Cumple	Posee lo solicitado	190	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	135
5.	8.2.1	Despliegue numérico y gráfico	Cumple	Posee lo solicitado	190	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	132

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Unidad

2021-03-30 14:18:27.354375-04

DE PREVISION SOCIAL
TELLO RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jhonny González
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Apoyo Terapéutico de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmé
Abogada Mat. Nº 17.../8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Cañez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 26.175

5.	8.3	Al menos dos canales de temperatura	Cumple	Posee lo solicitado	190	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	135
5	8.4	Presión arterial no invasiva	Cumple	Posee lo solicitado	190	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	135
5	8.5	Respiración	Cumple	Posee lo solicitado	190	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	134
5	8.6	Capnografía espirado con despliegue numérico y de curva Medido en el monitor o maquina de anestesia	Cumple	Posee lo solicitado	190	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	132
5	8.7	Presión invasiva	Cumple	Posee lo solicitado	190	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	134
5	8.7.1	Dos canales	Cumple	Posee lo solicitado	190	CUMPLE	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	132
5.	8.7.2	Etiquetado de la posición de un transductor	Cumple	Posee lo solicitado	190	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	132
5	**8.8**	Índice biespectral (BIS) o entropia	Cumple	Posee lo solicitado	191	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	132
5.	**9**	**Parámetros desplegados en pantalla del Ventilador o del Monitor Multiparametrico o ambos**												
5	9.1	Identificación automática de agentes anestésicos	Cumple	Posee lo solicitado	190	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	130
5	9.2	Concentración de agente anestésico (al menos sevoflurano e isoflurano)	Cumple	Posee lo solicitado	190	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	130
5	9.3	Detección de mezclas de gases con despliegue de las concentraciones de los gases mezclados	Cumple	Posee lo solicitado	190	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	130
5	9.4	Concentración de O2	Cumple	Posee lo solicitado	190	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	130
5	9.5	Concentración de óxido nitroso	Cumple	Posee lo solicitado	190	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	130
5	9.6	Despliegue de la concentración alveolar mínima (CAM)	Cumple	Posee lo solicitado	190	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	130
5	**9.7**	**Alarmas**												
5	9.7.1	FiO2 (alta y baja)	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	129

Gerencia de Abastecimiento y Logística

2021-03-30 14:18:27.354375-04

...TO DE PREVISION SOCIAL
...LIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Dra. Jorge González
Unidad de Ingeniería Electromedicina
Tecnologías de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.[illegible]
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Mancuello
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/2018 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS".

5.	9.7.2	Concentración de gases anestésicos: alto o bajo	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	130
5	9.7.3	Dióxido de carbono: alto o bajo	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	129
5	9.7.4	Mezcla de gases	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	130
5.	**10**	**Vaporizadores**												
5	**10.1**	**Sevoflurano**												
5	10.1.1	Calibrado	Cumple	Posee lo solicitado	160	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	129
5.	10.1.2	Conexión del tipo Selectatec	Cumple	Posee lo solicitado	160	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	129
5	**10.2**	**Isoflurano**												
5	10.2.1	Calibrado	Cumple	Posee lo solicitado	160	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	129
5.	10.2.2	Conexión del tipo Selectatec	Cumple	Posee lo solicitado	160	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	Cumple	Posee lo solicitado	129
5.	**11**	**Accesorios**												
5	11.1	Mangueras para oxigeno, aire y N2O Codificados de acuerdo al código americano de colores (O2-verde, N2O-azul, aire- amarillo)	Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada	
5	11.2	Celda de oxigeno para tecnología de celda galvánica (no aplica para tecnología paramagnética)	Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Paramagnetico	Descargo a Consultas	Cumple	Declaracion Jurada	
5	11.3	Sensor de flujo reusable	Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada	
5	11.4	Cable para ECG de tres puntas o más Cantidad 3 (tres) por cada equipo como mínimo y 1 (un) cable de 5 puntas o mas (para el cálculo de 12 derivaciones)	Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada	
5	11.5	Sensor de oximetría reusable para dedo Cantidad 3 (tres) por cada equipo como mínimo	Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada	
5	11.6	Sensor de temperatura reusable (Esofágico-Rectal) Cantidad 3 (tres) por cada equipo como mínimo Y piel 3 (tres) como mínimo	Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada	

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

...TO DE PREVISION SOCIAL
...LIS RUBÉN ROMERO
...ción Administración de ...os e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Electromedicina
Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmá
Abogada - Mat. Nº 17.778
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2021-03-30 14:18:27.354375-04

5	11.7	Brazalete para presión no invasiva (tamaño Pediátrico, Adulto Pequeño, adulto Mediano y Adulto Grande) Cantidad: 3 (tres) por cada equipo como mínimo	Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada		Cumple	Declaracion Jurada	
5	**11.8**	**Para los que oferten técnica Sidestream:**											N/A	
5	11.8.1	Trampa de agua Cantidad 50 (cincuenta) por cada equipo como mínimo	Cumple	Declaracion Jurada			N/A		Cumple	Declaracion Jurada			N/A	
5.	11.8.2	Líneas de muestra Cantidad 100 (cien) por cada equipo como mínimo	Cumple	Declaracion Jurada			N/A		Cumple	Declaracion Jurada			N/A	
5	11.8.3	Adaptador (codo) Cantidad: 100 (cien) por cada equipo como mínimo	Cumple	Declaracion Jurada			N/A		Cumple	Declaracion Jurada			N/A	
5	**11.9**	**Para los que oferten técnica Mainstream:**											N/A	
5	11.9.1	Incluir sensor de CO2 reusable		N/A		Cumple	Declaracion Jurada			N/A				
5.	11.9.2	Adaptador de vía aérea Cantidad: 20 (veinte) por cada equipo como mínimo Reusables		N/A		Cumple	Declaracion Jurada			N/A		Cumple	Declaracion Jurada	Descargo a Consultas
5	11.9.3	Cable interfase o cable troncal para presion invasiva, 2 por monitor y 50 kits de trasductores descartables como mínimo		N/A		Cumple	Declaracion Jurada			N/A		Cumple	Declaracion Jurada	Descargo a Consultas
5	11.9.4	Para BIS o entropía Cable Cantidad: 1 (uno) por cada equipo como mínimo Sensores Cantidad: 50 (cincuenta) por cada equipo como mínimo		N/A		Cumple	Declaracion Jurada			N/A		Cumple	Declaracion Jurada	Descargo a Consultas
5	11.10	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko)		N/A		Cumple	Declaracion Jurada			N/A		Cumple	Declaracion Jurada	Descargo a Consultas
5	**11.11**	**Para los que oferten técnica Microstream**												
5	11.11.1	Incluir líneas de toma de muestra para pacientes intubados, tamaños adulto/pediátrico (25 unidades)		N/A			N/A			N/A			N/A	
5.	11.11.2	Incluir líneas de toma de muestra para pacientes no intubados, tamaños adulto/pediátrico y neonatal (25 unidades de cada tamaño)		N/A			N/A			N/A			N/A	

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Vijara

2021-03-30 14:18:27.354375-04

PREVISION SOCIAL
BÉN ROMERO
Administración de
s e Insumos

Instituto de Previsión Social
González
Depto. Electromedicina
Reparac Tecnológicas de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmá
Abogada - Mat. Nº 17.778
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

5	11.11.1	Incluir líneas de toma de muestra para pacientes intubados, tamaños adulto/pediátrico (25 unidades)		N/A			N/A			N/A			N/A	
5	11.11.2	Incluir líneas de toma de muestra para pacientes no intubados, tamaños adulto/pediátrico y neonatal (25 unidades de cada tamaño)		N/A			N/A			N/A			N/A	

Item 6	
MONITOR MULTIPARAMETRICO	
Especificaciones Técnicas	

6.	1	Datos Generales	INPOTEC SA	BYSA	FALCON COM. & IND	LA CASA DEL MEDICO SA	ARGON SRL	SOLUMEDIC SA	V&V SA	GT SCIENTIFIC SA
6	1.1	Descripción: Dispositivo biomedico diseñado para medir, registrar y desplegar signos vitales de pacientes.	3 900 000 000	3 940 000 000	3 950 000 000	4 020 000 000	4 175 000 000	4 185 000 000	4 400 000 000	14 064 313 500
6.	2	Datos proveídos por el oferente								
6	2.1	Marca	SINOHERO	PHILIPS	BLT	NIHON KOHDEN	EDAN	MINDRAY	AEONMED	SPACELABS HEALTHCARE INC
6	2.2	Modelo	iS15 PRO	MX550	Q7	BSM-3763	ELITE V8	BENEVISION N15	F8	91393XPREZZON + PANTALLA94267-L19 + MODULO91496-B + ACCESORIOS
6	2.3	Origen	CHINA	ALEMANIA	CHINA	JAPON	CHINA	CHINA	CHINA	USA
6	2.4	Dirección Web del fabricante	www.sinoherotrad.com	www.philips.com/healthcare	www.blt.com.cn	www.nihonkohden.com.jp	www.edan.com.cn	www.mindray.com	www.aeonmed.com.au	www.spacelabshealthcare.com
6.										

6.	3	Normativas	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
6	3.1	Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos	SI	CE, Antecedentes y	Respuestas a Consul	SI	FDA, CE	212-219 y 220	NO	No provee lo solicitado pese a las consultas		NO	No provee lo solicitado		SI	FDA	147	SI	CE	280	NO	No provee lo solicitado pese a las		SI	CE, FDA	Antecedentes Consult

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
JERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Equipo Electromedicina
Sección de Recursos Tecnológicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmá
Abogada - Mat. Nº 17.7.8
Dirección ...

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2021-03-30 14:18:27.354375-04

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Dirección Nacional

		alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado		**Respuesta a consultas de fecha 02/12/2020. Folio 7-12.**	**tas.**				**realizadas.**			**pese a las consultas realizadas.**								**consultas realizadas.**				**as**
6	3.2	Certificado de Normas de calidad generales ISO 13485 Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado	SI	ISO 13485 ***Respuesta a consultas Folio 24.***	24	SI	ISO 13485	223	SI	ISO 13485	205	SI	ISO 13485	167	SI	ISO 13485	14 8	SI	ISO 13485	276, 277	NO	No provee lo solcitado pese a las consultas realizadas		SI	ISO 13485	Anteced entes-Consulti as
6.	4	**Caracteristicas**																							
6	4.1	Monitor modular	SI	Con opciones de diversos modulos	Catálogo proveído en consultas realizadas (antecedentes) Folio 480.	SI	Compatible con el modulo MMS y el modulo monitor intelliVueX2 ***Folio 228. Catálogo - Monitorización adaptada a cualquier flujo de trabajo.***	228	SI	Compatible con diversos módulos y opcionales ***Respuestas a consultas (antecedentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.***	72 Anteced entes	SI	Nueva Tecnologia modular Sistema Smart Cable (Multi-conector). ***Folio 140 Catálogo-Caracteristicas comunes de los monitores Nihon Kohden.***	140	SI	Monitor modular ***Manual del usuario del monitor para paciente-Operación básica-Vista lateral-elite V5/elite v6.-***	14 9	SI	Monitor modular ***Manual del usuario folio 252-Módulo de ejemplo. Catálogo folios 243 y 244***	243, 244 y 252	SI	Monitor modular ***Catalogo de Datos Técnicos-Folio 928 en gris (folio 274 en azul). Y Folio 033 en gris (folio 269 en azul).***	Anteced entes-Consulti as-tomo XI.	SI	Monitor modular ***Hoja de datos técnicos Monitor de cabecera Xprezzon-Resumen. Folio 210.***	Anteced entes-Consulti as-tomo X
6.	4.2	Pantalla de 15 pulgadas como mínimo	SI	15" color TFT LCD	Catalogo proveído en consultas realizadas (antecedentes) Folio 480	SI	15". ***Folio 226 Catálogo-Visualización nítida y clara.***	226	SI	15" color TFT LCD ***Respuestas a consultas (antecedentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.***	72 Anteced entes	SI	15". ***Folio 141 Hoja de Datos técnicos.***	141	SI	15". ***Folio 150 Manual del usuario-10 Pantalla.***	15 0	SI	15,6" (TFD) ***Folio 245 Hoja de Datos Técnicos-Physical Specifications-Display screen.***	245	SI	15". ***Folio 029 en gris (Folio 273 en azul). Catálogo de Datos Técnicos***	Anteced entes-Consulti as-tomo XI.	SI	Pantalla de 19 pulgadas ***Hoja de datos técnicos Monitor de cabecera Xprezzon-Resumen/especificaciones del producto. Folio 209.***	Anteced entes-Consulti as-tomo X
6.	4.3	Pantalla a colores mediante tecnología LCD o LED	SI	15" color TFT LCD	Catalogo proveído en consultas realizadas (antecedentes) Folio 480	SI	Pantalla a color TFT LCD. ***Folio 232 Hoja técnica-Componentes principales.***	232	SI	15" color TFT LCD ***Respuestas a consultas (antecedentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.***	72 Anteced entes	SI	Pantalla a color TFT LCD ***Folio 141 Hoja de Datos técnicos.***	141	SI	Pantalla a color TFT LCD ***Folio 150 Manual del usuario-10 Pantalla.***	15 0	SI	Pantalla a color TFT LCD ***Folio 245 Hoja de Datos Técnicos-Display screen.***	245	SI	Pantalla a color TFT LCD. ***Folio 029 en gris (Folio 273 en azul). Catálogo de Datos Técnicos.***	Anteced entes-Consulti as-tomo XI.	SI	Pantalla a color mediante tecnología LCD. ***Hoja de datos técnicos Monitor de cabecera Xprezzon-Caracteristicas-Pantalla. Folio 209.***	Anteced entes-Consulti as-tomo X
6.	4.4	Interaccion y control	SI	touch screen	Catalogo	SI	Pantalla	232-233	SI	Pantalla	72	SI	Pantalla	139	SI	Pantalla	15	SI	Pantalla	245	SI	Pantalla	Anteced	SI	Pantalla tactil	Anteced

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Irene González
Ingeniería Electromedicina
Unidad de Ciencias Tecnologías de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.[illegible].8
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Miguel Angel Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

134

2021-03-30 14:18:27.354375-04

		directamente por pantalla tactil	I	(opcional)	proveido en consultas realizadas (antecedentes) Folio 482		táctil *Folio 232-233 Hoja técnica-Componentes principales.*			tactil *Respuestas a consultas (antecendentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.*	Antecedentes		táctil *Folio 139 Catálogo-Manejo intuitivo.*			táctil *Folio 150 Manual del usuario-A6 Pantalla.*	0		Táctil multi-touch *Folio 245 Hoja de Datos Técnicos-Display screen.*			Téctil *Folio 029 en gris (Folio 273 en azul). Catálogo de Datos Técnicos.*	entes-Consultas-tomo XI		*Hoja de datos técnicos Monitor de cabecera Xprezzon-Especificaciones del producto/Opciones de pantalla-Opciones y características de pantalla. Folio 209*	entes-Consultas-tomo X
6	4 5	Conectividad a la red de monitoreo (conexion con cables y/o sin cables)	SI	Network interface	Catálogo proveido en consultas realizadas (antecedentes) Folio 480	SI	Conexión en red de manera alambrica o inalámbrica *Folio 238 Hoja técnica-Conexión en red.*	238	SI	Conexión en red de manera alambrica o inalámbrica *Respuestas a consultas (antecendentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.*	72 Antecedentes	SI	Conexión en red de manera alámbrica o inalámbrica *Folios 140, 141 y 144. Catálogo-Posibilidad conexión LAN y Hoja de Datos técnicos.*	140-141 y 144,	SI	Conectividad a la red de monitoreo (conexión con cables y/o sin cables) *Folio 151 Manual del usuario-Sistema de monitoreo.*	151	SI	Conexión en red de manera alámbrica o inalámbrica *Folio 244 Catálogo - Estructura de IT diseñada para una conectividad perfecta. Folio 251 Manual del usuario-Vista posterior de N15,N12, N12C.*	244 y 251	SI	Conexión a la red de manera alámbrica o inalámbrica *Folio 029 y 030 en gris (Folio 273 y 272 en azul) Catálogo de Datos Técnicos.*	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Conectividad a la red de monitoreo *Manual de operaciones Monitor de cabecera XPREZZON qube y qube mini-/conexión de red. Folio 201.*	Antecedentes-Consultas-tomo X
6	4 6	Salida analogica de ECG o sincronia para desfibrilación	SI	ECG analog output *Manual del usuario, Tabla B1-especificaciones ECG. Respuestas a consultas.*	Respuestas a consultas Folio 140	SI	Salida de sinc ECG/ salida analógica de ECG *Folio 244 Hoja técnica-Especificaciones de Interfaz del MX550.*	244	SI	Salida de señales analogicas opcional *Respuestas a consultas (antecendentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.*	72 Antecedentes	SI	ECG/IABP port *Folio 144 Hoja da Datos Técnicos-Diagrama en Bloques-System Composition.*	144	SI	Salida analógica de ECG / sincronía para desfibrilacion *Folio 152 Manula del usuario-Interfaces-salida analógica - sincroniz*	152	SI	Conector de salida analogica *Manual del usuario-Módulo de ejemplo. Folio 252.*	252	SI	Salida analogica de ECG *Folio 029 en gris (Folio 273 en azul) Catálogo de Datos Técnicos.*	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Salida analógica de ECG *Hoja de datos modulo de mando ultraview SL-Especificaciones del producto-ECG-Salidas de alto nivel. Folio 146.*	Antecedentes-Consultas-tomo X

Gerencia de Abastecimiento y Logística Viana

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.778
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2021-03-30 14:18:27.354375-04

															acción del desfibrilador								
6.	4.7	Despliegue de al menos 8 curvas fisiológicas simultáneamente	SI	7 curvas de manera simultanea y de manera opcional 8 expandible ***Respuesta a consultas de fecha 02/12/2020 - Manual del usuario-1.3 Configuraciones -Tabla de opciones e imagen de la pantalla con el despliegue de las curvas. Folio 13 y Carta de Certificación del Fabricante folio 16 y Catálogo proveído en los antecedentes.***	Catalogo proveído en consulta s realizada s (antecedentes) Folios 479 y 480 y respuest as a consulta s.	SI	Despliega 6 curvas en forma simultanea y de manera opcional hasta 8, segun referencia A08. ***Folio 247 Hoja técnica-Funcionalidades opativas del monitor-funcionalidad de la forma de onda.***	233 y 247	NO	No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas		SI	13 curvas en forma simultanea ***Folios 141 y 143 Hoja de Datos Técnicos-High resolution, TFT color display.***	141 y 143	SI	Despliegue hasta 13 curvas fisiológicas simultáneamente ***Folio 153 Manula del usuario-A6 Pantalla***	15 3	SI	Más de 10 curvas ***Folio 243 Hoja de Datos Técnicos-Display Trraces.***	245	SI	Hasta 13 curvas ***Folio 029 en gris (Folio 273 en azul). Catálogo de Datos Técnicos.***	Antecedentes-Consultas-tomo XI.	SI	Despliegue de 15 curvas fisiologicas simultáneamente. ***Certificación del fabricante Spacelabs. Folio 142***	Antecedentes-Consultas-tomo X
6.	4.8	Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parametros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolucion con valores numericos	SI	168hs	Catálogo proveído en consulta s realizada s (antecedentes) Folio 480.	SI	Hasta 48hs Diferentes tipos de tendencias con monitorizacion de sucesos. ***Folio 236-237 Hoja técnica - Aplicaciones Intellivue-tendencias.***	236 y 237	SI	168hs con diferentes resoluciones ***Respuestas a consultas (antecedentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.***	72 Antecedentes.	SI	72hs Folios 141 y 143 ***Folios 141 y 143 Hoja de Datos Técnicos-Trendgraph h/trend list.***	141 y 143	SI	Tendencias graficas y numericas de 150 horas de todos los parámetros seleccionables por el usuario y analisis de curvas en alta resolucion con valores numericos ***Folio 154 Manual del usuario-Informe de graficos de tendencia***	15 4	SI	Más de 120HS con diferentes resoluciones. ***Hoja de Datos Técnicos-Data Review-Terends data.Folio 248.***	248	NO	No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas.		SI	Tendencias gráficas y numéricas de 96 horas de todos los parametros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numericos ***Manual de operaciones de XPREZZON, quite y quite mini. Tendencias/Vista tendencias/Barra de herramientas de tendencias. Folio 189.***	Antecedentes-Consultas-tomo X

Gerencia de Abastecimiento y Logística

2021-03-30 14:18:27.354375-04

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefa Depto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada – Mat. Nº 17.[illegible]8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Raúl Quiñonez Peñaloza
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

132

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wiara

2021-03-30 14:18:27.354375-04

														s.									
6	4 9	Capacidad de almacenamiento de eventos	SI	Evento recuperable *Respuesta a consultas-Catálogo de especificaciones técnicas. Folio 28*	Respuestas a consultas	SI	Suceso, clasificación y plano detallado asociado con los datos del episodio 25 o 50 sucesos para 8 o 24hs *Folio 243 Hoja técnica – especificaciones de rendimiento del MX550.*	243	SI	128 grupos y formas de onda asociadas *Respuestas a consultas (antecendentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.*	72 Antecedentes	SI	Más de 8000 eventos en diferentes grupos *Folios 141 y 143. Hoja de Datos Técnicos.*	141 y 143	SI	Capacidad de almacenamiento de eventos (hasta 200) *Folio 155 Hoja de datos técnicos Edan elite V6 Main Unit Specification-Data Storage. Manual del usuario-revisión de alarma*	155	SI	1000 eventos en diferentes grupos *Hoja de Datos Técnicos-Data Review-Events. Folio 248.*	248	NO	No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas		SI	Capacidad de almacenamiento de eventos *Manual de parámetros clínicos-Arritmia-Clasificación de eventos/Tabla. Folio 126*	Antecedentes-Consultas-tomo X
6	4 10	Diseñado para pacientes adultos	SI	Pacientes Adultos, pediatricos y neo	Catalogo proveído en consultas realizadas (antecedentes) Folio 480	SI	Pacientes Adultos, pediatricos y neo *Folio 232 Hoja técnica-Indicaciones de uso*	232	SI	Pacientes Adultos, pediatricos y neo *Respuestas a consultas (antecendentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.*	72 Antecedentes	SI	Pacientes Adultos, pediatricos y neo *Folio 143 Hoja de Datos Técnicos-Features*	143	SI	Adultos pediatricos y neo *Folio 156 Manual del usuario – Uso previsto.*	156	SI	Adultos, pediatricos y neo *Manual del usuario-Introducción del equipo-Uso previsto Folio 250.*	250	SI	Adultos y pediátricos Catalogo de Datos Técnicos Folio 030 en gris (272 en azul)	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Adultos, Pediatricos y neo *Hoja de datos módulo de mando Ultraview SL-Resumen. Folio 146*	Antecedentes-Consultas-tomo X
6	4 11	Interfaz menú y mensajes en español	SI	Opciones de varios idiomas *Respuestas a consultas de fecha 02/12/2020 Manual del usuario e imagen de la ventana de selección de idiomas. Carta de Certificación del fabricante. Folios 15 y 16*	Respuestas a Consultas	SI	Opciones de varios idiomas con algunas etiquetas estandarizadas para todos los idiomas *Folio 37 y 38 del catálogo de respuestas a consultas-Módulos de medición-Gestión de pacientes y equipos.*	37 y 38	NO	No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas		SI	Opciones de varios idiomas *Folio 145 Hoja de Datos Técnicos-Lenguaje.*	145	SI	Opciones de varios idiomas *Folio 157 Manual del usuario-Configuración de idiomas.*	157	SI	Opciones de varios idiomas *Manual del usuario-Configuración del monitor-Selección de Idiomas. Folio 253*	253	SI	Opciones de Varios Idiomas *Catálogo de Datos Técnicos Folio 030 en gris (272 en azul)*	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Interfaz menú y mensajes en español *Hoja de datos técnicos XPREZZON monitor de cabecera-Especificaciones del producto./manual de operaciones de XPREZZON qube, y qube mini-Funcionamiento básico-*	Antecedentes-Consultas-tomo X

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe de Departamento de Medicina
Especialidades Quirúrgicas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada / Mat. Nº 17...8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica

131

																									Iconos de la pantallaprincipal y la barra de tareas/Alarmas - Reconocimiento de alarmas. Folios 164-207.	
6	4.12	Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared original	SI	Sistema de fijación en pared ***Respuestas a consultas. Folio 8.***	Respuestas a consultas	SI	Opciones de montaje estándar ofrecen flexibilidad,ergonomía y ahorro de espacio de los monitores ***Folio 39 catálogo de respuesta a consultas-Montajes.***	**Catálogo de respuestas a consultas. Folio 39.**	**NO**	**No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas.**		SI	Sistema de fijación en pared ***Folio 139 Instalación flexible-Anclaje práctico con soporte de pared.***	139	SI	Sistema de fijación en pared. ***Folio 138 Manual del usuario-Assembly Instructions.***	158	SI	Sistema de fijación en pared. ***Folio 275 Manual del usuario-Accesorios de montaje e instalación-Kit de montaje de SMR.***	275	**NO**	**No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas.**		SI	Sistema de fijación en pared. ***Hoja de datos Exprezzon-Monitor de cabecera-Características-Montaje. Folio 209.***	Antecedentes-Consultas-tomo X
6	4.13	Función o perfil de cálculos hemodinámicos.	SI	Cálculo útil(hemodinámico,dosis de drogas, oxigenación, ventilación)	Catálogo proveído en consultas realizadas (antecedentes) Folio 482	SI	Cálculos hemodinámicos. ***Folio 231 Hoja técnica-Monitor de paciente IntelliVue MX550-información técnica.***	231	**NO**	**No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas.**		SI	Cálculos hemodinámicos ***Folios 144 y 151 Hoja de Datos Técnicos-Hemodynamic Review Program, Advanced Intensive Therapy Management Calculation/Trend y Calculation.***	144 y 151	SI	Función o perfil de cálculos hemodinámicos. ***Folio 159 Manual del usuario del monitor para paciente-Capítulo 23 Cálculo y tabla de Ajuste de dosis.-***	158	SI	Cálculos Hemodinámicos. ***Folio 274-Manual del usuario-Descripción general del cálculo.***	274	SI	Cálculos Hemodinámicos. ***Catálogo de Datos Técnicos-Cálculos. Folio 032 en gris (270 en azul).***	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Función o perfil de cálculos hemodinámicos. ***Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-Cálculos-Cálculos fisiológicos. Folio 25.***	Antecedentes-Consultas-tomo X
6	4.14	Función o perfil de cálculos de ventilación o pulmonares y de oxigenación	SI	Cálculo útil(hemodinámico,dosis de drogas, oxigenación, ventilación)	Catálogo proveído en consultas realizadas (antecedentes) Folio 482	SI	Cálculos Ventilación y Oxigenación ***Folio 231 Hoja técnica-Monitor de paciente IntelliVue MX550-información técnica.***	231	**NO**	**No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas.**		SI	Lung function calculation. ***Folio 151 Hoja de Datos Técnicos-Calculation-Hemodynamic Review***	151	SI	Función o perfil de cálculos de ventilación o pulmonares y de oxigenación. ***Folio 159 Manual***	159	SI	Cálculos de Ventilación y de Oxigenación. ***Folio 274-Manual del usuario-Descripci***	274	SI	Cálculos de Ventilación y Oxigenación. ***Catálogo de Datos Técnicos-Cálculos. Folio 032 en gris (270 en azul).***	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Función o perfil de cálculos de Ventilación y Oxigenación. ***Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-Cálculos-Cálculos***	Antecedentes-Consultas-tomo X

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.778
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Balbín
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.17

Gerencia de Adquisición, Monto y Logística
2021-03-30 14:18:27.354375-04

													Program.			*del usuario del monitor para paciente- Capítulo 23 Cálculo y tabla de Ajuste de dosis.-*			*ón general del cálculo.*						*fisiológicos. Folio 25.*	
6	4.15	Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica.	SI	Capacidad de interconexión con otros dispositivos.	Catálogo proveído en consulta realizada (antecedentes) Folio 482.	SI	Diversas opciones de visualización e interconexión con otros dispositivos. *Folio 240 Hoja técnica- Otras interfases de conexión Opcionales- Aplicaciones remotas- Infraestructura inalámbrica.*	240	SI	Capacidad de interconexión con otros dispositivos *Respuestas a consultas (antecedentes) Folio 71 Hoja de datos técnicos.*	II Antecedentes	SI	Capacidad de interconexión con otros dispositivos. *Folios 140 y 144 Hoja de Datos Conexiones LAN – LS-NET (Life scope Networking) System composition.*	140 y 144.	SI	Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica. *Folio 169 Manual del usuario del monitor para paciente- Capítulo 6 Sistema de monitoreo.*	160	SI	Capacidad de interconexión con otros dispositivos. *Catálogo - Estructura IT diseñada para una conectividad perfecta folio 244.*	244	NO	No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas.		SI	Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica. *Manual de operaciones de XPREZZON, qube y qube mini-Acceso remoto-Vista remota' Revisión completa de camas (RCC)/Tendencias remotas. Folio 183-185*	Antecedentes- Consultas-tomo X
6	4.16	Capacidad de interfase con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7.	SI	Compatible con protocolo HL7.	Catálogo proveído en consulta realizada (antecedentes) Folio 482.	SI	Compatible con HL7 basada en estándares con las HCE. *Folio 227 Catálogo del Monitor- Máximo rendimiento de las Historias Clínicas Electrónicas*	227	NO	No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas.		SI	Compatible con HL7 *Folio 140 Catálogo- Gateway.*	140	SI	Compatible con HL7. *Folio 169 Manual del usuario del monitor para paciente- Capítulo 6 Sistema de monitoreo-*	160	SI	Capacidad de interconexión con otros dispositivos. *Catálogo - Estructura IT diseñada para una conectividad perfecta folio 244.*	244	SI	Compatible con HL7. *Catálogo de Datos Técnicos. Folio 030 en gris (272 en azul).*	Antecedentes- Consultas-tomo XI	SI	Compatible con HL7. *Respuesta a consultas-Hoja de Datos Técnicos-ICS-vital signs interface- Capacidades. Folio 2.*	Respuestas a consultas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmá
Abogada - Mat. Nº 17.778
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística Viaja

2021-03-30 14:18:27.354375-04

6	4.17	Alimentacion electrica 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko) Con bateria de al menos 60 minutos de autonomia	SI	AC100-240v,50/60Hz Bateria de 120minutos	Catalogo proveido en consultas realizadas (antecedentes) Folio 480	SI	100-240V/1.2-0.5A/50/60Hz Con bateria de 150minutos ***Folio 242 y 246 Hoja técnica-Especificaciones de rendimiento-Especificaciones de la bateria.***	242 y 246	SI	AC100-240v,50/60Hz Bateria de 120minutos expandible ***Respuestas a consultas (antecendentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.***	72 Antecedentes	SI	AC100-240V, 50/60Hz ***Con bateria de 60 minutos. Hoja de datos Técnicos Folio 155 Battery (SB-671P Battery pack)***	155	SI	AC 100-240V, 50/60Hz Con bateria con mayor de 270 minutos de duracion ***Folios 161 y 162 Manual del usuario-fuente de alimentación-Baterias***	161 y 162	SI	AC 100-240V, 50/60Hz ***Con bateria con mayor de 120 minutos de duración Folio 248 Hoja de Datos Técnicos-Power.***	248	NO	No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas		SI	AC 100-240V, 50/60Hz Con bateria mayor a 120minutos ***Respuesta a consultas-Manual de operaciones xprezzon-ap. B-2. Folio 4***	Respuestas a consultas
6	4.19	Los monitores deben contar con espacio (rack o conexiones, de acuerdo a la tecnologia del fabricante) para agregar posteriormente otros modulos de parametros sin necesidad de hacer ningun cambio en el hardware ni el software	SI	Multiples habitaculos o rack para la interconexión con otros modulos	Catalogo proveido en consultas realizadas (antecedentes) Folio 480	SI	Conexiones para modulos insertables ***Folio 232 Hoja técnica-Modularidad***	232	SI	Conexiones para modulos insertables ***Respuestas a consultas (antecendentes) Folio 71 Hoja de datos técnicos.***	71 Antecedentes	SI	Multi-Conector Smart cable ***Folio 140 Catálogo y folio 143 Hoja de Datos Técnicos.***	140 y 143	SI	Monitor cuenta con espacio (rack o conexiones, de acuerdo a la tecnologia del fabricante) para agregar posteriormente otros modulos de parametros sin necesidad de hacer ningun cambio en el hardware ni el software ***Manual del usuario del monitor para paciente-***	149	SI	Conexiones para modulos Insertables ***Folio 243 Catálogo***	243	SI	Conexiones para modulos Insertables ***Catálogo de Datos Técnicos-Diseño modular. Folio 033 en gris (269 en azul).***	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Conexiones para modulos insertables ***Manual de operaciones de xprezzon, qube y qube mini-Componentes básicos del monitor. Folio 200.***	Antecedentes-Consultas-tomo X

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wjara

2021-03-30 14:18:27.354375-04

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBEN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Electromedicina

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada Mat. Nº 17.778
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Hugo José Gamarra
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.17

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/2018 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS".

																Operación básica-Vista lateral-elite V5/elite v6.-										
6.	5.	Parámetros																								
6.	5.1	ECG:																								
6	5.1.1	Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas	SI	2 canales	Catálogo proveído en consultas realizadas (antecedentes) Folio 480.	SI	Hasta 6 curvas de manera simultanea ***Folio 233 Hoja técnica-Interfaz de usuario.***	233	SI	Posee lo solicitado	Descargo a Consultas	SI	3 canales ***Folio 146-147 Hoja de Datos Técnicos-ECG.***	146-147	SI	2 canales Capacidad de particiones configurables por cada canal hasta 7 curvas desplegables por partición *Folio 164 manual del usuario-Pantalla de ECG.*	164	SI	3 canales en pantalla normal, con opciones de diferentes particiones ***Folio 245 Hoja de Datos Técnicos y Folio 259 Manual del usuario-Modificación y ajustes de ECG.***	245 y 259	SI	3 canales en pantalla normal ***Catálogo de Datos Técnicos-ECG. Folio 029 en gris (273 en azul).***	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas, con opciones de visualización ***Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-ECG-Detalles de pantalla. Folios 131-132.***	Antecedentes-Consultas-tomo X
6	5.1.2	Posibilidad de despliegue simultaneo de hasta 12 derivaciones	SI	seleccionables en 3/5 y 12 derivaciones	Catálogo proveído en consultas realizadas (antecedentes) Folio 480.	SI	Hasta 12 derivaciones ***Folio 233 Hoja técnica-Interfaz de usuario.***	233	SI	3/5 y 12 derivaciones ***Respuestas a consultas (antecendentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.***	72 Antecedentes	SI	Hasta 12 derivaciones ***Folio 147 Hoja de Datos Técnicos-ECG***	147	SI	Hasta 12 derivaciones ***Folio 165 Manual del usuario-Monitoreo de ECG.***	165	SI	12 Derivaciones ***Folio 245 Hoja de Datos Técnicos y Folio 259 Manual del usuario-Modificación y ajustes de ECG.***	245 y 259	SI	Hasta 12 derivaciones Opcional ***Catálogo de Datos Técnicos-ECG. Folio 029 en gris (273 en azul).***	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones ***Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-ECG-Detalles de pantalla. Folios 131-132.***	Antecedentes-Consultas-tomo X
6	5.1.3	Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas	SI	Detección y Monitoreo del segmento ST	Catálogo proveído en consultas realizadas (antecedentes)	SI	Monitorización del segmento ST ***Folio 232 Hoja Técnica-indicaciones de USO y Folio 235 –***	232 y 235	SI	Medición y monitorización del segmento ST ***Respuestas a consultas (antecendentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.***	72 Antecedentes	SI	Monitorización del segmento ST ***Folio 147 Hoja de Datos Técnicos-ECG-ST level***	147	SI	Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones	166	SI	Monitoreo y Despliegue del segmento ST en todas las derivaciones	245 y 261	SI	Detección del segmento ST Algoritmo Avanzado de interpretación de ECG	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas ***Manual de operaciones de parámetros***	Antecedentes-Consultas-tomo X

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos de

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmá
Abogada - Mat. Nº 17.778
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2021-03-30 14:18:27.354375-04

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wjara

2021-03-30 14:18:27.354375-04

					Folio 480		***Cuidados Críticos y Cardiacos.***						***measurement.***			monitorizadas ***Manual del usuario del monitor para paciente-Capitulo 8 Monitoreo de ECG-8.8 Monitoreo del segmento ST.-***			monitorizadas ***Folio 245 Hoja de Datos Técnicos y Folio 261 Manual del usuario-Modificación y ajustes de ECG-Monitorización de ST-Visualización de valores numéricos y segmentos***			en las 12 derivaciones ***Catálogo de Datos Técnicos-Algoritmos y Tecnologías y Apartado ECG. Folio 032 en gris (270 en azul) y Folio 029 en gris (27) en azul)***			***clínicos Spacelabs-Análisis del segmento ST-detalles de pantalla/Revisión de la información del segmento ST. Folios 119-121.***	
6	5 1 4	Detección de por lo menos 10 arritmias	S I	*Más de 10 arritmias* ***Respuestas a consultas - Manual del usuario-Monitor de arritmia-Pantalla de arritmia. Folios 76-77.***	*Respuesta a consultas*	SI	Más de 10 arritmias ***Folio 297 Catálogo de especificaciones Técnicas pag. 7-Especificaciones de las mediciones pag.5 Folio 295.***	295-297	SI	Mas de 10 arritmias ***Respuestas a consultas (antecendentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.***	72 Antecedentes	SI	Más de 10 arritmias ***Folio 147 Hoja de Datos Técnicos-ECG-Arrhythmia analysis.***	147	SI	Detección de 16 arritmias ***Manual del usuario del monitor para paciente-Capitulo 8 Monitoreo de ECG-Tabla de tipos de arritmias analizadas.-***	167	SI	25 arritmias ***Hoja de datos Técnicos-Arrhytmia Analysis.***	245	SI	Hasta 16 arritmias Catálogo de Datos Técnicos-Algoritmos y Tecnologias-ECG ación de ECG en las 12 derivaciones ***Catálogo de Datos Técnicos-Algoritmos y Tecnologías y Apartado ECG. Folio 032 en gris (270 en azul)***	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Detección de por lo menos 10 arritmias clasificadas en grupos ***Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-Arritmias-Clasificación de eventos/Revisión de arritmias-Múltiples clases de arritmia. Folios 122-126.***	Antecedentes-Consultas-tomo X
6	5 1 5	Despliegue numérico de frecuencia cardiaca	S I	visualización de la frecuencia cardiaca para los 3 tipos de pacientes	Catalogo proveido en consultas realizadas	SI	Visualizacion de la frecuencia cardiaca ***Folio 259 Hoja Técnica-***	259	SI	Visualización de la frecuencia cardiaca ***Respuestas a consultas (antecendente***	72 Antecedentes	SI	Visualización de la frecuencia cardiaca ***Folio 147 Hoja de Datos***	147	SI	Visualización de la fecuencia cardiaca ***Manual del usuario-***	168	SI	Visualizacion de la frecuencia cardiaca ***Folio 258 Manual***	258	NO	No provee lo solcitado pese a las consultas realizadas		SI	Despliegue numérico de frecuencia cardiaca ***Manual de operaciones de parámetros***	Antecedentes-Consultas-tomo X

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colm
Abogada - Mat. Nº 17.[illegible]8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Jose Gimenez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

					(antecedentes) Folio 480		*Descripción de la pantalla de ECG.*			*s) Folio 72 Hoja de datos técnicos.*			*Técnicos-ECG-Heart rate count.*			*Visualización de pantalla con letra grande. Folio 168*			*del usuario-Pantalla de ECG*						*clínicos Spacelabs-ECG-Detalles de pantalla-Figura 2.4 y figura 2.5. Folios 131-132.*	
6	5.1.6	Protección contra descarga de desfibrilador	SI	Protección contra interferencias quirúrgicas y desfibrilación	Catálogo proveído en consultas realizadas (antecedentes) Folio 480	SI	Protección contra interferencias quirúrgicas y desfibrilación. Todos los componentes aplicados son del tipo CF. *Respuestas a consultas realizadas pag. 18 Especificaciones técnicas y pag. 575 manual del usuario.*	Respuestas a consultas	NO	No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas.		SI	ECG protected against 400Ws/DC 5Kv IEC 60601-2-2717,101 compatible. *Folio 146 Hoja de Datos Técnicos-ECG*	146	SI	Protección contra descarga de desfibrilador. *Folio 169 .Explicación de los símbolos del monitor.-*	169	SI	Protección contra descarga de desfibrilador 5000V (360 J). *Hoja de Datos Técnicos-ECG. Folio 245.*	245	SI	Protección contra descarga de desfibrilador (Defib proof & Sync). *Hoja de datos técnicos Aeonmed Caredo F8-Caredo F8 especificaciones-Algoritmo y tecnologías-ECG. Folio 032 en gris (270 en azul).*	Antecedentes-Consultas-tomo XI.	SI	Protección contra descarga de desfibrilador *Módulo de mando Ultraview SL-Protección de desfibrilación. Folio 146.*	Antecedentes-Consultas-tomo X.
6	5.1.7	Detección de marcapasos	SI	Pace Maker o detection	Catálogo proveído en consultas realizadas (antecedentes) Folio 480	SI	Marcadores de Impulsos de marcapasos-espículas del marcapasos. *Folio 259 Manual de usuario pag. 137-Descripción de la pantalla del ECG.*	259	NO	No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas.		SI	Pace maker pulse detection. *Folio 147 Hoja de Datos Técnicos-ECG-Pace maker.*	147	SI	Detección de marcapasos. *Folio 170 Manual del usuario-Categoría de paciente y estado de marcapasos.*	170	SI	Pace detection. *Hoja de Datos Técnicos-ECG. Folio 245.*	245	SI	Detección de marcapasos. *Hoja de datos técnicos Aeonmed Caredo F8-Caredo F8 especificaciones-Algoritmo y tecnologías-ECG. Folio 032 en gris (270 en azul).*	Antecedentes-Consultas-tomo XI.	SI	Detección de marcapasos. *Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-ECG-Monitorización de pacientes con marcapasos. Folios 130-132.*	Antecedentes-Consultas-tomo X.
6	5.2	SPO2																								
6	5.2.1	Curva de pletismografía.	SI	SpO2	Catálogo proveído en consultas realizadas (antecedentes) Folio	SI	Onda de Pletismografía. *Folio 261 Manual de Usuario-Onda de pletismografía.*	261	SI	BLT Digital SpO2. *Respuestas a consultas (antecendentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.*	72 Antecedentes	SI	SpO2-wave SpO2. *Folio 148 Hoja de Datos Técnicos-SpO2.*	148	SI	Curva de pletismografía. *Manual del usuario del monitor para paciente-*	171	SI	Curva de pletismografía. *Manual del usuario-Pantalla de SpO2. Folio 265*	265	SI	Curva de Pletismografía. *Hoja de datos técnicos Aeonmed Caredo F8-Caredo F8 especificaciones-*	Antecedentes-Consultas-tomo XI.	SI	Curva de pletismografía *Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-SpO2-figura 9.1 y figura 9.2. Folio 102.*	Antecedentes-Consultas-tomo X.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Opto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colm
Abogada - Mat. Nº 17.718
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacio
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística
2021-03-30 14:18:27.354375-04

					480											***Capítulo 10 Monitoreo de SpO2-10.1 Descripción general.-***						***Algoritmo y tecnologías -SpO2. Folio 032 en gris (270 en azul).***				
6	5.2.2	Despliegue numérico de saturación de oxígeno	SI	Visualización numérica del parametro	Catálogo provisto en consultas realizadas (antecedentes) Folio 480	SI	Onda de Pletismografía y Monitorización de la SpO2 ***Folio 261 y 263 Manual de Usuario-Onda de pletismografía.***	261	SI	BLT Digital spO2 con resolución de 1% ***Respuestas a consultas (antecendentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.***	72 Antecedentes	SI	Onda de SpO2 Display range ***Folio 148 Hoja de Datos Técnicos-SpO2.***	148	SI	Despliegue numerico de saturación de oxigeno ***Manual del usuario del monitor para paciente-Capítulo 10 Monitoreo de SpO2-10.1 Descripción general.-***	171	SI	Despliegue numerico de la saturación de oxigeno ***Manual del usuario-Pantalla de SpO2. Folio 265.***	265	SI	Despliegue numerico de saturación de oxigeno ***Hoja de datos técnicos Aeonmed Caredo F8-Caredo F8 especificaciones-spO2. Folio 032 en gris (270 en azul).***	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Despliegue numérico de saturación de oxigeno ***Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-SpO2-figura 9.1 y figura 9.2. Folio 102***	Antecedentes-Consultas-tomo X
6	5.2.3	Capacidad de detección a baja perfusión y movimiento del paciente	SI	PI valor numerico ***Respuestas a consultas manual del usuario. Folios 83-86.***	Respuestas a Consultas	SI	Valor numérico de perfusion-Indicador de cambio de perfusion ***Folio 261 Manual de Usuario-Indicador de cambio de perfusión.***	261 y 299	SI	Medición en rango segun opciones seleccionadas ***Respuestas a consultas (antecendentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.***	72 Antecedentes	SI	Medición en rango segun opciones seleccionadas ***Folio 148 Hoja de Datos Técnicos-SpO2-***	148	SI	Capacidad de detección a baja perfusion y movimiento del paciente ***Folio 171 Manual del usuario del monitor para paciente-Capítulo 10 Monitoreo de SpO2-10.1 Descripci***	171	SI	Capacidad de detección a baja perfusion (PI) y movimiento de paciente ***Folio 265 Manual del usuario-pantalla de SpO2 y Folio 245 Hoja de Datos Técnicos.***	245 y 265	SI	Capacidad de detección a baja perfusión (PI) y movimiento de paciente ***Catálogo de Datos Técnicos-Algoritmos y Tecnologías y Apartado SpO2. Folio 032 en gris (270 en azul)***	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Capacidad de detección a baja perfusión y movimiento del paciente ***Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-SpO2-Utilización de la opción Sensorwatch/Promedio de datos con la tecnología Oximax de Nellcor. Folios 100-101***	Antecedentes-Consultas-tomo X

Gerencia de Abastecimiento y Logística Mejara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
JERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos de S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colm
Abogada - Mat. Nº 17.778
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
C.S.J. Nº 25.175

2021-03-30 14:18:27.354375-04

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Aclaratoria

														de general.									
6.	5.3	Respiración:																					
6.	5.3.1	Curva de respiracion	SI	Visualización de la curva de respiracion	Catalogo proveido en consulta s realizada s. (antecedentes) Folio 480	SI	Curva resp Descripcion de la pantalla de respiracion *Folio264 Manual del Usuario-Descripción de la pantalla de Resp.*	264	SI	Curva resp. *Respuestas a consultas (antecendentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.*	72 Antecedentes	SI	Curva de Respiración. *Folio 148 Hoja de Datos Técnicos-Respiratio n-Waveform display.*	148	SI	Curva de respiración. *Folio 172 Manual del usuario-Cap 9. Monitore o de respiració n.*	172	SI	Curva de Respiracion *Folio 262 Manual del usuario – Monitori zación de la Resiración-Pantalla de Resp.*	262	SI	Curva de Resp *Catálogo de Datos Técnicos-Resp. Folio 029 en gris (273 en azul).*	Antecedentes-Consulta-tomo XI	SI	Curva de respiracion *Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-Respiración-Detalles de pantalla-Figura 6.1 Folio 115*	Antecedentes-Consulta-tomo X
6.	5.3.2	Despliegue numerico de frecuencia respiratoria	SI	Visualización numérica del parametro	Catalogo proveido en consulta s realizada s. (antecedentes) Folio 480	SI	Visualizació n numerica del parámetro. *Folio264 Manual del Usuario-Descripción de la pantalla de Resp.*	264	SI	Visualizacion numerica del parametro. *Respuestas a consultas (antecendentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.*	72 Antecedentes	SI	Visualizacion numerica del parámetro *Folio 148 Hoja de Datos Técnicos-Respiratio n-Rate Counting.*	148	SI	Visualizacion numerica del parametro *Folio 172 Manual del usuario-Cap 9 Monitore o de Resp.*	172	SI	Visualizacion numerica del parámetro *Folio 262 Manual del usuario-Pantalla Resp.*	262	SI	Visualizacion numerica del parámetro *Catálogo de Datos Técnicos-Resp. Folio 029 en gris (273 en azul).*	Antecedentes-Consulta-tomo XI	SI	Visualización numerica del parámetro *Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-Respiración-Detalles de pantalla-Figura 6.1 Folio 115.*	Antecedentes-Consulta-tomo X
6.	5.4	Temperatura:																					
6.	5.4.1	Despliegue numerico de al menos dos temperaturas	SI	Visualizacion numérica del parametro Muestra T1-T2 y TD	Catalogo proveido en consulta s realizada s. (antecedentes) Folio 480	SI	Posibilidad de desplegar varias temperaturas *Folio 265 Manual de usuario-Monitorizacti ón de la temperatura.*	265	380	No provee lo solcitado pese a las consultas realizadas		SI	Posibilidad de desplegar varias temperaturas Dos canales con Delta Temp *Folio 150 Hoja de Datos Técnicos-Temperatu re-Number of channels.*	150	SI	3 Temperaturas T1, T2 y delta Temp *Folio 173 Manual del usuario-A15 TEMP.*	173	SI	Mas de 8 canales *Varias opciones de temperaturas. Manual del usuario-Pantalla de Temperatura. Folio 266.*	266	SI	2 canales, proporciona T1, T2 y TD *Catálogo de Datos Técnicos-Temp. Folio 029 en gris (273 en azul).*	Antecedentes-Consulta-tomo XI	SI	TI T2 y TD *Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-Temperatura-Detalles de la pantalla. Figura 10.1 Folio 96.*	Antecedentes-Consulta-tomo X
6	5.4.2	Medicion de la diferencia de temperatura	SI	Visualización numérica del parámetro Muestra TD.	Catalogo proveido en consulta s realizada s.	SI	Calculo de la diferencia de tmeperatura Puede calcular y mostrar. *Folio 263*	263	380	No provee lo solcitado pese a las consultas realizadas		SI	Dos canales con Delta Temp. *Folio 150 Hoja de Datos*	150	SI	Dos canales con delta Temp *Folio 174 Manual del*	174	SI	Medicion de la diferencia de temp. *Folio 266 Manual del*	266	SI	TD diferencial *Catalogo de Datos Técnicos-Temp. Folio 029*	Antecedentes-Consulta-tomo XI	SI	TD diferencial *Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-Temperatura-*	Antecedentes-Consulta-tomo X

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBEN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Colmán
Jefe Dpto. Ingeniería Biomédica
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.[illegible]8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Jose Gonzalez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

123

2021-03-30 14:18:27.354375-04

					(antecedentes) Folio 480		***Manual del usuario-Monitorización de la temperatura-Diferencia de temperatura.***						***Técnicos-Temperature-Number of channels***			***usuario Cap. 13 Monitoreo de Temp.***			***usuario – Pantalla de Temperatura.***			***en gris (273 en azul).***			***Detalles de la pantalla. Figura 10.1. Folio 96.***	
6.	**5.5**	**Presión no invasiva:**																								
6	5.5.1	Despliegue numerico de presión no invasiva (sistólica, diastolica y media)	SI	Visualizacion numerica de los valores	Catálogo proveído en consultas realizadas (antecedentes) Folio 480	SI	Visualización numerica de los valores ***Folio 266 Manual del usuario-Descripción de los valores numéricos de PNI.***	266	SI	Visualización numérica de los valores ***Respuestas a consultas (antecendentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.***	72 Antecedentes	SI	Visualización numérica de los valores ***Folio 149 Hoja de Datos técnicos-Non Invasive Blood Pressure, NIBP.-Essencial Performance.***	149	SI	Visualización numérica de los valores. ***Folio 175 Manual del usuario-A.13-NIBP.***	175	SI	Visualización numérica de los valores. ***Folio 246 Hoja de Datos Técnicos-NIBP***	246	SI	Visualización numérica de los valores. ***Catálogo de Datos Técnicos-NIBP. Folio 029 en gris (273 en azul).***	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Visualización numerica de los valores (sistolica, diastólica y media) ***Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-PANI-Detalles de pantalla-Figura 8.1, figura 8.2. Folio 108.***	Antecedentes-Consultas-tomo X
6	5.5.2	Modos para la toma de presion: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo	SI	Modos manual, automático y continuo	Catálogo proveído en consultas realizadas (antecedentes) Folio 480	SI	Visualización de los modos en pantalla ***Folio 266 Manual del usuario-Descripción de los valores numéricos de PNI.***	266	SI	Manual, Auto, STAT con diversas opciones de intervalos de tiempo ***Respuestas a consultas (antecendentes) Folio 72 Hoja de datos técnicos.***	72 Antecedentes	SI	Visualización de los modos selecionables en pantalla ***Folio 149 Hoja de Datos Técnicos-NIBP-Operation Mode***	149	SI	Manual, automatica y continuo ***Folio 175 Manual del usuario A.13-NIBP.***	175	SI	Manual, Automático, STAT y en secuencia ***Folio 246 Hoja de Datos Técnicos-NIBP.***	246	NO	No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas		SI	manual y automatica a diferentes intervalos de tiempo ***Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-PANI-Mediciones manuales de PANI/Mediciones automáticas de PANI. Folio 107.***	Antecedentes-Consultas-tomo X
6.	**5.6**	**Presión invasiva:**																								
6	5.6.1	Al menos dos canales	SI	1-2 canales seleccionables	Catalogo proveido en consultas realizadas (antecedentes) Folio 480.	SI	2 canales para PI, con un conector tipo Y cable troncal que admite 2 transductores de presion que adquiere cada uno la lectura	306	NO	No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas		SI	Más de dos canales Sistema smart cable-multiconector Respuesta a consultas-Hoja de	Respuesta a consultas	SI	2 canales para IBP ***Folio 176 Manual del usuario Cap. 14-Monitoreo de IBP.***	176	SI	Más de 8 canales. ***Folio 246 Hoja de Datos Técnicos-IBP***	246	SI	IBP opcional con 8 canales como max ***Catálogo de Datos Técnicos-IBP. Folio 029 en gris (273 en***	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	2 canales ***Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-Presión-Detalles de la pantalla-Figura 12-1. Folio 47.***	Antecedentes-Consultas-tomo X

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 1...8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Balbuena
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística Wjara

2021-03-30 14:18:27.354375-04

						independiente de la presión. Respuesta a consultas especificaciones técnicas pag. 16 y pag. 4 especificaciones del módulo.					Datos tecnicos-P3-P2-P9, pag 8								azul).				
6	5.6.2	Etiquetado del sitio de medición.	S1	Etiquetas. ***Respuestas a Consultas-Manual del usuario-Monitorización de la presión invasiva-Tabla de etiquetas. Folio 100.***	Respuestas a Consultas	SI	Rotulo o etiquetado. ***Folio 41 Respuestas a consultas-Manual de Usuario-Selección de presión para su monitorización.***	**Respuestas a consultas (antecedentes) folio 41.**	NO	**No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas.**		SI	Labels. ***Folio 149 Hoja de Datos Técnicos-IBP***	149	SI	Rotulos de presion. ***Folio 177 Manual del usuario Cap. 14. Tabla de rótulos de presión.***	177	SI	Etiquetas de presión. ***Folio 267 Manual del usuario - Modificación de los ajustes de PAI-Cambio de la etiqueta de presion.***	267	SI	Etiquetas del sitio. ***Catálogo de Datos Técnicos-IBP. Folio 029 en gris (273 en azul).***	Antecedentes-Consulta-tomo XI.	SI	Etiquetado del sitio de medición ***Manual de operaciones de parámetros clínicos Specialty-Presión-Información general-Tabla 12-1 Definiciones de los rótulos de presión. Folio 46.***	Antecedentes-Consulta-tomo X.
6	5.6.3	Medición de variación de presion sistolica (VPS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje de forma automática. (Opcional)		OPCIONAL.			OPCIONAL.			OPCIONAL.						OPCIONAL.						OPCIONAL.			OPCIONAL.	
6.	6	**Alarmas**																							
6	6.1	Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parametros:	S1	Alarmas visuales y auditivas en 3 niveles.	Catalogo presentado en consultas realizadas (antecedentes) Folio 480.	SI	Alarmas audibles y visibles en codificaciones de color, tono y duracion. ***Folios 253 al 258 – Hoja técnica-Alarmas de pacientes e INOP.***	253-258	NO	**No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas.**		SI	Alarmas sonoras, visuales en codificacion de colores, tono y duración. ***Folio 145-Hoja de Datos Técnicos-Alarmas-TYPES-INDICATION.***	145	SI	Alarmas sonoras, visuales en codificacion de colores, tono y duracion. ***Folio 178-179. Manual del usuario del monitor para paciente-Capitulo 4***	178-179	SI	Alarmas sonoras, visuales en codificacion de colores, tono y duracion. ***Folio 255 Manual del usuario-Alarmas-Niveles de prioridad de las alarmas-Indicado***	255	NO	**No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas**		SI	Alarmas audibles y visibles priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior ***Manual de operaciones de XPREZZON, qube y qube mini-Alarmas-Niveles de alarmas/alarmas de cabecera/límite***	Antecedentes-Consulta-tomo X.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Depto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.[illegible]8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

121

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Dirección de Abastecimiento y Logística

2021-03-30 14:18:27.354375-04

																Alarmas-4.2 Niveles de Alarma/4.3 Control de la Alarma-4.3.1 Configuración de alarma de parámetros.-			*res de alarma.*						*s de alarma. Folio 182.*	
6	6.2	Saturacion de oxígeno	SI	Ajustable en rango	Catálogo proveído en consulta realizada (antecedentes) Folio 480	SI	EL valor numerico parpadea y se resalta el limite de disparo Ajustable en rango *Folios 253 al 258 – Hoja técnica-Alarmas de pacientes e INOP.*	253-258	NO	No provee lo solcitado pese a las consultas realizadas		SI	Upper/lower limits, ajustable em rango El limite activado se resalta *Folio 145 Hoja de Datos técnicos-Alarmas-Alarm items-Indication*	145	SI	Saturación de oxigeno *Manual del usuario del monitor para paciente-Capítulo 5 Información de Alarmas-5.1 Rango ajustable de los límites de alarma.-*	181	SI	Saturación de Oxigeno Con opción de ajuste automático de limites. *Manual del usuario-Tabla de alarmas-SpO2. Folio 257.*	257	SI	**Ajustable en rango.** *Catálogo de Datos Técnicos-SpO2. Folio 029 en gris (273 en azul)*	Antecedentes-Consultas-tomo XI.	SI	Saturación de oxigeno *Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-SpO2-Directorio de teclas-Tecnología SpO2 de Spacelabs Healthcare. Folio 105.*	Antecedentes-Consultas-tomo X.
6	6.3	Frecuencia cardiaca	SI	Ajustable en rango	Catálogo proveído en consulta realizada (antecedentes) Folio 480	SI	El valor numérico parpadea coloración amarilla. Ajustable en rango *Folios 253 al 258 – Hoja técnica-Alarmas de pacientes e INOP.*	253-258	NO	No provee lo solcitado pese a las consultas realizadas		SI	Upper/lower limits, ajustable em rango El limite activado se resalta *Folio 145 Hoja de Datos técnicos-Alarmas-Alarm items-Indication*	145	SI	Frecuencia cardiaca *Manual del usuario del monitor para paciente-Capítulo 5 Información de Alarmas-5.1 Rango ajustable de los límites de alarma.-*	180	SI	Frecuencia Cardiaca *Manual del usuario-Tabla de Alarmas-FC/FP. Folio 257.*	257	NO	No provee lo solcitado pese a las consultas realizadas		SI	Frecuencia cardiaca *Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-ECG-Alarmas-Activación y Ajuste de alarmas-tabla de alarmas. Folio 130.*	Antecedentes-Consultas-tomo X.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colm[illegible]
Abogada - Mat. Nº 1[illegible]8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística

2021-03-30 14:18:27.354375-04

6	6.4	Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media)	SI	Alarmas en los 3 valores con sistema de protección	Catálogo proveído en consultas realizadas (antecedentes) Folio 480	SI	El valor numérico parpadea y el límite disparado se resalta Ajustable en rango ***Folios 253 al 258 – Hoja técnica- Alarmas de pacientes e INOP.***	253-258	NO	No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas		SI	Upper/lower limits, ajustable em rango El límite activado se resalta ***Folio 145 Hoja de Datos técnicos- Alarmas- Alarm items- Indication***	145	SI	Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media) ***Manual del usuario del monitor para paciente- Capítulo 5 Información de Alarmas- 5.1 Rango ajustable de los límites de alarma -***	181	SI	PANI (SIS, DIA Y MEDIA) ***Manual del usuario- Tabla de Alarmas- PANI. Folio 257.***	257	NO	No provee lo solcitado pese a las consultas realizadas		SI	Presion arterial no invasiva (sistolica, diastólica, media) ***Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs- PANI- Directorio de teclas. Folio 109.***	Antecedentes- Consultas-tomo X
6	6.5	Temperatura	SI	***Respuestas a Consultas- manual del usuario- Configuración de alarma de temperatura- Hace referencia a la pag 25. configuraciones individuales de límites de alarmas. Folio 93.***	Respuestas a consultas	SI	El valor numérico parpadea y el límite disparado se resalta Ajustable en rango ***Folios 253 al 258 – Hoja técnica- Alarmas de pacientes e INOP.***	253-258	NO	**No provee lo solcitado pese a las consultas realizadas**		SI	Upper/lower limits ajustable em rango El límite activado se resalta ***Folio 145 Hoja de Datos técnicos- Alarmas- Alarm items- Indication***	145	SI	Temperatura ***Manual del usuario del monitor para paciente- Capítulo 5 Información de Alarmas- 5.1 Rango ajustable de los límites de alarma -***	181	SI	Temperatura ***Manual del usuario- Tabla de Alarmas- Temp. Folio 257***	257	**SI**	**Ajustable en rango *Catálogo de Datos Técnicos- Temp. Folio 029 en gris (273 en azul).***	**Descargo a consultas**	SI	Temperatura ***Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs- Temperatura- Directorio de teclas. Folio 96.***	Antecedentes- Consultas-tomo X
6	6.6	Frecuencia respiratoria	SI	***Respuestas a Consultas- manual del usuario- Configuración de alarma de respiración- Hace referencia a la pag 25. configuraciones individuales de límites de***	Respuestas a consultas	SI	El valor numérico parpadea y el límite disparado se resalta Ajustable en rango ***Folios 253 al 258 – Hoja técnica- Alarmas de***	253-258	NO	No provee lo solcitado pese a las consultas realizadas		SI	Upper/lower limits, ajustable em rango El límite activado se resalta ***Folio 145 Hoja de Datos técnicos- Alarmas-***	145	SI	Frecuencia respiratoria ***Manual del usuario del monitor para paciente- Capítulo***	180	SI	Frecuencia ***Respiratoria. Manual del usuario- Tabla de Alarmas- FR. Folio 257.***	257	NO	No provee lo solcitado pese a las consultas realizadas		SI	Frecuencia respiratoria ***Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs- Respiración. Folio 116.***	Antecedentes- Consultas-tomo X

Gerencia de Abastecimiento y Logística

2021-03-30 14:18:27.354375-04

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBEN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Previsión Social
González
Biomédicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.278
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.179

Gerencia de Abastecimiento y Logística

				alarmas. Folio 81.		***pacientes e INOP.***					***Alarm items-Indication***			***5 Información de Alarmas-5.1 Rango ajustable de los límites de alarma.-***									
6	6.7	Presión invasiva	SI	Alarmas en los 3 valores con sistema de protección	Catálogo provedo en consulta s realizada s (anteced entes) Folio 480.	SI	El valor numérico parpadea y el límite disparado se resalta Ajustable en rango ***Folios 253 al 258 – Hoja técnica-Alarmas de pacientes e INOP.***	253-258	NO	No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas		SI	Upper/low er limits, ajustable em rango El límite activado se resalta ***Folio 145 Hoja de Datos técnicos-Alarmas-Alarm items-Indication***	145	SI	Presión invasiva ***Manual del usuario del monitor para paciente-Capítulo 5 Información de Alarmas-5.1 Rango ajustable de los límites de alarma.-***	182	SI	Presión invasiva ***Manual del usuario-Tabla de Alarmas-IBP/PAI Folio 257.***	257	NO	No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas.		SI	Presión invasiva ***Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-Presión-Directorio de teclas. Folio 46.***	Anteced entes-Consult as-tomo X
6	6.8	Alarma de apnea	SI	Seleccionables en 10s,15s,20s,25s, 30s,35s,40s	Catálogo proveído en consulta s realizada s (anteced entes) Folio 480	SI	Ajuste del tiempo de apnea Monitorización de sucesos ***Folios 253 al 258 – Hoja técnica-Alarmas de pacientes e INOP.***	253-258	NO	No provee lo solicitado pese a las consultas realizadas		SI	Upper/low er limits, ajustable em rango El límite activado se resalta ***Folio 145 Hoja de Datos técnicos-Alarmas-Alarm items-Indication***	145	SI	Alarma de apnea (APNEA RESP, APNEA CO2, APNEA AG, APNEA RM) ***Manual del usuario del monitor para paciente-Capítulo 5 Información de Alarmas-5.1 Información sobre alarmas.-***	180	SI	Alarma de apnea ***Manual del usuario-Tabla de alarmas folio 257 y Ajustes de Resp-Prioridades de Alarma. Folio 264.***	257-264	SI	Alarma de apnea ***Catálogo de Datos Técnicos-Resp-Umbral de alarma apnea. Folio 029 en gris (273 en azul).***	Anteced entes-Consult as-tomo XI	SI	Alarma de apnea ***Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-Respiración-Para activar y ajustar las alarmas de apnea. Folio 114.***	Anteced entes-Consult as-tomo X

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Ingeniería Biomédica
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.[illegible]
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2021-03-30 14:18:27.354375-04

6	6 9	Alarma de arritmia	SI	El mensaje de la arritmia ocurrida es desplegada en pantalla ***Respuesta a consultas-Manual de usuario-Como configurar alarma de arritmia. Folio 77.***	Respuestas a Consultas	SI	El valor numerico parpadea y el limite disparado se resalta Ajustable en rango ***Folios 253 al 258 – Hoja técnica-Alarmas de pacientes e INOP.***	253-258	NO	No provee lo solcitado pese a las consultas realizadas		SI	Upper/lower limits, ajustable em rango El limite activado se resalta ***Folio 145 Hoja de Datos técnicos-Alarmas-Alarm items-Arrhythmia alarms.***	145	SI	Alarma de arritmia Folio 180-181 ***Manual del usuario del monitor para paciente-Capítulo 5 Información de Alarmas-5.1 Información sobre alarmas.-***	180	SI	Alarma de arritmias ***Manual del usuario-Modificación de los ajustes de la alarma de arritmia. Folio 260.***	260	NO	No provee lo solcitado pese a las consultas realizadas		SI	Alarma de arritmia ***Manual de operaciones de parámetros clínicos Spacelabs-Arritmia-Límites de alarmas. 127.***	Antecedentes-Consultas-tomo X
6	6 10	Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor	SI	Mensaje de alarmas tecnicas ***Respuesta a consultas-Manual del usuario-alarmas-Niveles de alarmas. Folio 63***	Respuestas a Consultas	SI	Mensajes de Alarmas tecnicas ***Folio 258 Hoja técnica-INOPs del monitor.***	258	NO	No provee lo solcitado pese a las consultas realizadas		SI	Alarmas tecnicas DIAG ERROR, SYSTEM ERROR Respuestas a consultas Hoja de datos tecnicos pags 2,16-2,17	Respuestas a consultas	SI	Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor ***Manual del usuario del monitor para paciente-Capítulo 4 Alarmas-4.1 Categorías de Alarms—4.1.2 Alarmas técnicas.-***	178	SI	Alarmas Tecnicas ***Manual del usuario-Introducción de alarmas - Descripción de Alarmas-Alarmas técnicas. Folio 254.***	254	NO	No provee lo solcitado pese a las consultas realizadas		SI	Mensajes de estado Respuesta a consultas-Manual de operaciones deparámetros-Mensajes de telemetria equivalentes pag 9-24 Folio5	Respuestas a consultas
6	6 11	Con silenciador de alarmas temporizado	SI	Silenciador de Alarmas ***Respuesta a consultas-Manual del usuario-Tabla de iconos. Folio***	Respuestas a Consultas	SI	Silenciador de alarmas-lapso de tiempo ***Folios 253-258 Hoja técnica y 231***	231 y 253-258	NO	No provee lo solcitado pese a las consultas realizadas		SI	Silencio de Alarma ***Folio 145 Hoja de Datos técnicos-Alarmas-***	145	SI	Con silenciador de alarmas temporizado ***Manual***	179	SI	Pausa de Alarmas ***Manual del usuario-Introducción a las***	254	SI	Silencio de alarma ***Catálogo de Datos Técnicos-Monitor modular***	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Con silenciador de alarmas temporizado ***Manual de operaciones de XPREZZON, qube y qube***	Antecedentes-Consultas-tomo X

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Sección Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colm
Abogada Mat. Nº 1[illegible]8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. U.S.J. Nº 26.175

117

Gerencia de Abastecimiento y Logística Wjara

2021-03-30 14:18:27.354375-04

				33			*Hoja técnica-información técnica.*						*Alarm items-Indication -Alarm suspend.*			*del usuario del monitor para paciente-Capítulo 4 Alarmas-4.3 Control de la alarma-4.3.2 Silencio temporal de alarma.*			*alarmas. Folio 254.*			*para pacientes. Folio 028 en gris (274 en azul)*			*mini-Alarmas-Pausa de audio/Pausa alarmas. Folio 181.*	
6.	7	Accesorios por cada equipo																								
6.	7.1	Dos cables troncales y cinco sensores tipo dedal, reusables, para oximetría de pulso	SI	Planilla de especificaciones tecnicas	42	SI	Planilla de especificaciones técnicas *Folio 209 y Folios 268 y 269 Manual de usuario-cables de extensión y adaptadores para sensores Philips y Nellcor.*	209 y 268-269	SI	*Planilla de especificaciones técnicas. Folio 73.*	73	SI	*Planilla de especificaciones técnicas. Folio 138.*	138	SI	Planilla de Especificaciones técnicas folio 146 y Manual del usuario folio 184	146 y 184	SI	Planilla de Especificaciones técnicas Folio 235 Oferente proveera lo solicitado	235	SI	Planilla de Especificaciones técnicas Folio 111 en gris (190 en azul) Oferente proveera lo solicitado.	Antecedentes-Consultas-tomo XI.	SI	Certificación del fabricante Folio 211	Antecedentes-Consultas-tomo X.
6.	7.2	Cinco sensores reusables de temperatura (de piel o superficie) por cada canal	SI	Planilla de especificaciones técnicas	42	SI	Planilla de especificaciones técnicas *Folio 209 y Folio 270 Manual de usuario-Accesorios.*	209 y270	SI	*Planilla de especificaciones técnicas. Folio 73.*	73	SI	*Planilla de especificaciones técnicas. Folio 138.*	138	SI	Planilla de Especificaciones técnicas folio 146 y Manual del usuario folio 185	146 y 185	SI	Planilla de Especificaciones tecnicas Folio 235 Oferente proveera lo solicitado	235	SI	Planilla de Especificaciones técnicas Folio 111 en gris (190 en azul) Oferente proveera lo solicitado	Antecedentes-Consultas-tomo XI.	SI	Certificación del fabricante Folio 211	Antecedentes-Consultas-tomo X.
6.	7.3	Diez Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, Cinco adulto Mediano y Cinco adulto grande, dos mangueras con conector para los brazaletes	SI	Planilla de especificaciones técnicas	42	SI	Planilla de especificaciones técnicas *Folio 209 y Folio271 Manual de usuario-Accesorios.*	209y271	SI	*Planilla de especificaciones técnicas. Folio 73.*	73	SI	*Planilla de especificaciones técnicas. Folio 138.*	138	SI	Planilla de Especificaciones tecnicas folio 146 y Manual del usuario folio 186	146 y 186	SI	Planilla de Especificaciones técnicas Folio 235 Oferente proveera lo	235	SI	Planilla de Especificaciones técnicas Folio 111 en gris (190 en azul) Oferente proveera lo solicitado	Antecedentes-Consultas-tomo XI.	SI	Certificacion del fabricante Folio 211	Antecedentes-Consultas-tomo X.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
CARLOS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 1...
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2021-03-30 14:18:27.354375-04

																	solicitado						
6	7 4	Dos cables troncales y cinco cables de paciente para ECG de tres puntas	SI	Planilla de especificaciones técnicas	42	SI	Planilla de especificaciones técnicas ***Folio 210 y Folios 272 y 273 Manual del usuario-Accesorios.***	210 y 272-273	SI	***Planilla de especificaciones técnicas. Folio 73.***	73	SI	***Planilla de especificaciones técnicas. Folio 138.***	138	SI	Planilla de Especificaciones tecnicas folio 146 y Manual del usuario folio 187	146 y 187	SI	Planilla de Especificaciones tecnicas Folio 235 Oferente proveera lo solicitado	235	SI	Planilla de Especificaciones técnicas Folio 111 en gris (190 en azul) Oferente proveera lo solicitado	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Certificación del fabricante Folio 211	Antecedentes-Consultas-tomo X
6	7 5	Un cable troncal y un cable de paciente para ECG que posibilite un despliegue simultaneo de las 12 derivaciones para calidad diagnóstica	SI	Planilla de especificaciones técnicas	42	SI	Planilla de especificaciones técnicas ***Folio 210 y Folio 273 Manual del usuario-Accesorios.***	210 y 273	SI	***Planilla de especificaciones técnicas. Folio 73.***	73	SI	***Planilla de especificaciones técnicas. Folio 138.***	138	SI	Planilla de Especificaciones tecnicas folio 146 y Manual del usuario folio 187-188	147-188	SI	Planilla de Especificaciones tecnicas Folio 235 Oferente proveera lo solicitado	235	SI	Planilla de Especificaciones técnicas Folio 111 en gris (190 en azul) Oferente proveera lo solicitado	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Certificación del fabricante Folio 211	Antecedentes-Consultas-tomo X
6	7 6	Para medición de la presión invasiva incluir al menos 2 (dos) cables troncales 10 (diez) kits de transductor desechable por canal Cualquier otro accesorio necesario para la utilización	SI	Planilla de especificaciones técnicas	42	SI	Planilla de especificaciones técnicas ***Folio 210 y Folio 274 Manual del usuario-Accesorios.***	210 y 274	SI	***Planilla de especificaciones técnicas. Folio 73.***	73	SI	***Planilla de especificaciones técnicas. Folio 138.***	138	SI	Planilla de Especificaciones técnicas folio 146 y Manual del usuario folio 189	146 y 189	SI	Planilla de Especificaciones tecnicas Folio 235 Oferente proveera lo solicitado	235	SI	Planilla de Especificaciones técnicas Folio 111 en gris (190 en azul) Oferente proveera lo solicitado	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Certificación del fabricante Folio 211	Antecedentes-Consultas-tomo X
6	7 7	Cualquier otro accesorio necesario para el correcto y completo funcionamiento del equipo	SI	Planilla de especificaciones técnicas	42	SI	***Planilla de especificaciones técnicas. Folio 210.***	210	SI	***Planilla de especificaciones técnicas. Folio 73.***	73	SI	***Planilla de especificaciones técnicas. Folio 138.***	138	SI	Planilla de Especificaciones tecnicas folio 146	146	SI	Planilla de Especificaciones tecnicas Folio 235 Oferente proveera lo solicitado	235	SI	Planilla de Especificaciones tecnicas Folio 111 en gris (190 en azul) Oferente proveera lo solicitado	Antecedentes-Consultas-tomo XI	SI	Certificación del fabricante Folio 211	Antecedentes-Consultas-tomo X

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Jefe Dpto. Electromedicina
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Golm
Abogada - Mat. Nº 17.778
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica

Gerencia de Abastecimiento y Logística

2021-03-30 14:18:27.354375-04

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/2018 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS".

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wiara

11. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS E INFORME TECNICO

ITEM	EMPRESA	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO REFERENCIAL	PORCENTAJE DE VARIACION
5	DYSA HEALTHCARE S A	42272504-007	MAQUINA DE ANESTESIA	Penlon / Philips	Inglaterra / Alemania	24	291.666.666	6.999.999.984	546 311 948	-47%
5	V&V S A	42272504-007	MAQUINA DE ANESTESIA	Heroll	España	24	298 958.333	7 174 999 992	546 311 948	-45%
5	CASA BOLLER S A	42272504-007	MAQUINA DE ANESTESIA	Dragg	Alemania	24	325.000.000	7.800.000.000	546 311 948	-41%
5	LA CASA DEL MEDICO S A	42272504-007	MAQUINA DE ANESTESIA	GE	USA	24	360 833 333	8 659 999 992	546 311 948	-34%
6	INFOTEC S A	42181904-002	MONITOR MULTIPARAMETRICO	Shenzhen	China	81	48 148 148	3 899 999 988	83 000 000	-42%
6	DYSA HEALTHCARE S A	42181904-002	MONITOR MULTIPARAMETRICO	Philips	Alemania	81	48 641 975	3 939 999 975	83 000 000	-41%
6	FALCON COM E IND S A	42181904-002	MONITOR MULTIPARAMETRICO	BLT	China	81	48 765 432	3 949 999 992	83 000 000	-41%
6	LA CASA DEL MEDICO S A	42181904-002	MONITOR MULTIPARAMETRICO	Nihon Kohden	Japon	81	49 629 629	4 019 999 949	83 000 000	-40%
6	ARGON S.R.L.	42181904-002	MONITOR MULTIPARAMETRICO	EDAN	China	81	51 543 209	4 174 999 929	83 000 000	-38%
6	SOLUMEDIC S A	42181904-002	MONITOR MULTIPARAMETRICO	Mindray	China	81	51.666.666	4 184 999 946	83 000 000	-38%

CARLOS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Jorge González
Asesor Depto. Equipamiento
Dirección de Recursos Asistenciales de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.776
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2021-03-30 14:18:27.354375-04

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 10/2018 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS".

5	V&V S.A	42181904-002	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	AEONMED	China	81	54 320 987	4 399 999 947	83 000 000	-35%
6	GT SCIENTIFIC S A	42181904-002	MONITOR MULTIPARAMÉTROCO	SpaceLabs	USA	81	173 633 500	14 064 313 500	83 000 000	109%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmí
Abogada - Mat. Nº 17.7.8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Cáceres Salcedo
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Dirección Jurídica

2021-03-30 14:18:27.354375-04

12. CUADRO DE FACTURACION

1. G T SCIENTIFIC S.A.		
CUADRO COMPARATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS -		
AÑO	CONTRATO Y/O FACTURA	MONTO
2018	CONTRATO N° 106/18	26.934.300
2018	CONTRATO N° 024/2018	43.612.800
2018	FACTURA 001-007-0004540	5.184.785
2017	FACTURA 001-007-0004017	13.080.996
2017	CONTRATO N° 40/2017	106.256.300
2017	CONTRATO N° 172/2017	812.625.000
2017	CONTRATO N° 121/2017	32.200.000
2018	FACTURA 001-007-0003773	45.867.000
2018	CONTRATO N° 68/2018	30.628.100
2017	FACTURA 001-007-0001351	100.000.000
2017	FACTURA 001-001-0019366	500.400.000
2017	FACTURA 001-001-0019238	85.000.000
2017	FACTURA 001-007-0002838	24.756.335
2017	FACTURA 001-007-0004018	14.502.304
2017	FACTURA 001-007-0004016	66.066.654
2017	FACTURA 001-007-0002838	170.000.000
2017	FACTURA 001-001-00119239	135.000.000
2016	CONTRATO N° 134/2016	52.272.000
2016	FACTURA 001-007-0002838	46.957.294
2016	CONTRATO N° 56/2016	12.000.000
2017	CONTRATO N° 56/2017	356.500.000
2016	CONTRATO N° 00000037/2016	314.636.950
2015	CONTRATO N° 00000046	109.500.000
2015	CONTRATO N° 216/2015	687.847.400
2015	CONTRATO N° 325/2015	500.075.171
2015	CONTRATO N° 472/2015	319.277.616
2015	CONTRATO N°11/2015	478.000.000
2016	CONTRATO N° 058/2016	1.750.000.000
2014	CONTRATO N° 046/14	102.000.000
Total Gs.		**6.941.181.005**
30%		**5.285.842.403**
Monto de la Oferta		**17.619.474.678**

1. CASA BOLLER		
CUADRO COMPARATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS -		
AÑO	CONTRATO Y/O FACTURA	MONTO
2015	CONTRATO N° 269/15	13.629.999.975
2016	CONTRATO N° 249/2016	558.558.260
2018	CONTRATO N° 128/2018	200.000.000
Total Gs.		**14.388.558.235**
30%		**6.828.899.988**
Monto de la Oferta		**22.762.999.960**

1. V&V S.A.		
CUADRO COMPARATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS -		
AÑO	CONTRATO Y/O FACTURA	MONTO
2018	CONTRATO N° 011/18	1.277.809.993
2018	CONTRATO N° 154/2018	269.557.489
2017	CONTRATO N° 183/2017	476.999.988
2017	CONTRATO N° 195/2017	3.712.500.000
2016	CONTRATO N° 126/2016	2.850.000.000
2016	CONTRATO N° 066/2016	940.449.800
2016	CONTRATO N° 041/2016	693.000.000
2018	CONTRATO N° 041/2018	500.500.000
2018	CONTRATO DGAF/UEP N° 11/2018	285.417.000
2017	CONTRATO N° 67/17	268.410.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria González
Jefe Dpto. Contrataciones Públicas
Dirección de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmí
Abogada - Mat. Nº 17.7.8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Jesús Quintana Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Digitally signed by ... 2021-03-30 14:18:...

2016	CONTRATO N° 05/16	2.281.269.353
Total Gs.		**13.555.913.623**
30%		**8.811.244.155**
Monto de la Oferta		**29.370.813.849**

1. INFOTEC S.A.		
CUADRO COMPARATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS -		
AÑO	**CONTRATO Y/O FACTURA**	**MONTO**
2016	FACTURA 001-001-0005250	2 608 617 500
2017	CONTRATO N° 152/17	1 625 372 100
2017	CONTRATO N° 02/38	269 500 000
2016	CONTRATO N° 05/16	2 618 018 800
2017	CONTRATO N° 033/17	344 170 000
2015	CONTRATO N° 23/15	5 500 000
Total Gs.		**7.471.178.400**
30%		**4.358.699.993**
Monto de la Oferta		**14.528.999.976**

1. DYSA HEALTHCARE S.A.		
CUADRO COMPARATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS -		
AÑO	**CONTRATO Y/O FACTURA**	**MONTO**
2015	CONTRATO N° 291/2015	2 770 186 000
2016	CONTRATO N° 391/2016	1 814 900 000
2017	CONTRATO N° 410/2017	6 319 000 000
2018	CONTRATO N° 212/18	1 699 200 000
2018	CONTRATO N° 253/2018	1 392 000 000
2018	CONTRATO N° 13/2018	1 157 900 000
2018	CONTRATO N° 133/2018	2 291 702 000
Total Gs.		**13.995.286.000**
30%		**10.145.250.000**
Monto de la Oferta		**33.817.500.000**

1. SOLUMEDIC S.A.		
CUADRO COMPARATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS -		
AÑO	**CONTRATO Y/O FACTURA**	**MONTO**
2014	CONTRATO N° 214/14	1 005 760 000
2015	CONTRATO N° 259/2015	1 340 780 522
2014	FACTURA 001-001-000094	336 595 996
2014	FACTURA 001-001-000095	458 000 000
2016	FACTURA 001-001-0001872	256 800 000
2016	FACTURA 001-001-0001874	279 512 209
2016	FACTURA 001-001-0001875	279 512 209
2016	FACTURA 001-001-0001873	256 800 000
2017	CONTRATO N° 225/2017	3 160 000 000
2017	CONTRATO N° 11/2017	436 887 345
2017	CONTRATO HOSP. PEDIATRICO MUNICIPAL	165 500 000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Ujara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.[illegible].8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Jiménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

	ENCARN. Lote 1	
2017	CONTRATO N° 346/2017	3.506.670.000
2018	CONTRATO N° 11/2018	2.944.515.000
2018	CONTRATO N° 404/2018	2.145.000.000
Total Gs.		**16.572.333.281**
30%		**11.232.387.212**
Monto de la Oferta		**37.441.290.706**

1. LA CASA DEL MEDICO S.A.		
CUADRO COMPARATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS -		
AÑO	**CONTRATO Y/O FACTURA**	**MONTO**
2017	CONTRATO N° 400/2017	960.000.000
2017	CONTRATO N° 428/2017	3.478.700.000
2017	CONTRATO N° 428/2017	148.460.000
2015	CONTRATO N° 237/2015	1.767.500.000
2016	CONTRATO N° 246/2016	3.865.500.000
2017	CONTRATO HOSP. PEDIATRICO MUNICIPAL ENCARN. Lote 2	236.900.000
2017	CONTRATO LPN N° 08/17 - COMANDO LOGISTICO	746.525.000
	FACTURA 001-001-005087	176.400.000
2016	FACTURA 001-001-012479	573.469.500
2016	FACTURA 001-001-011645	570.148.380
2015	FACTURA 001-001-008321	194.886.000
2015	FACTURA 001-001-008369	537.600.000
2017	FACTURA 001-001-015789	3.092.400.000
2015	FACTURA 001-001-0017346	181.068.554
2017	FACTURA 001-001-015789	3.146.682.660
Total Gs.		**19.676.240.094**
30%		**9.929.304.222**
Monto de la Oferta		**33.097.304.222**

1. ARGON		
CUADRO COMPARATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS -		
AÑO	**CONTRATO Y/O FACTURA**	**MONTO**
2014	CONTRATO N° 212/14	1.262.078.900
2018	CONTRATO N° 032/2015	1.460.960.000
2016	CONTRATO N° 005/2016	151.250.000
2017	CONTRATO N° 398/2016	1.095.601.002
2017	CONTRATO N° 08/2017	971.889.910
2016	CONTRATO N° 215/2017	1.500.000.000
2016	CONTRATO N° 075/2018	802.989.099
2017	CONTRATO N° 010/2018	1.932.184.920
2017	CONTRATO N° 120/2018	771.779.998
Total Gs.		**9.948.733.829**
30%		**6.506.619.564**
Monto de la Oferta		**21.688.731.883**

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Ujara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17...6
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
Lic. Alberto González
Dirección de Recursos Humanos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Iván Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2021-03-30 14:18:2 ... 75-04

1. FALCON IND Y COM		
CUADRO COMPARATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS -		
AÑO	CONTRATO Y/O FACTURA	MONTO
2014	CONTRATO N° 556/14	1 920 000 000
2014	CONTRATO N° 516/2014	2 672 560 000
2014	CONTRATO N° 513/2014	710 000 000
2014	CONTRATO N° 526/2014	1 274 900 000
2015	CONTRATO N° 121/2015	207 900 000
2015	CONTRATO UOC N° 38/2015	44 000 000
2015	FACTURA 001-001-0000360	44 000 000
2016	CONTRATO N° 26/2016	138 600 000
2016	CONTRATO N° 133/2016	1 608 000 000
2016	CONTRATO N° 222/2016	319 000 000
2016	CONTRATO N° 389/2016	2 150 000 000
2017	CONTRATO N° 050/2017	1 300 000 000
2017	CONTRATO N° 132/2017	90 000 000
Total Gs.		**12.478.960.000**
30%		**5.695.800.000**
Monto de la Oferta		**18.986.000.000**

13. CAPACIDAD FINANCIERA:

21. DYSA HEALTHCARE S.A.									
		2015		2016		2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	45 156 122 776	1,53	52 457 123 192	1,57	51 837 817 632	2,43	**1,84**	CUMPLE
	Pasivo corriente	29 511 266 200		33 453 747 990		21 369 553 873			
Endeudamiento	Pasivo total	32 072 373 174	0,58	35 666 555 720	0,57	28 528 179 170	0,51	**0,55**	CUMPLE
	Activo total	54 934 539 179		62 956 179 142		55 880 652 845			
Rentabilidad	Utilidad neta	2 788 903 124	0,20	5 662 466 040	0,35	1 788 179 694	0,11	**0,22**	CUMPLE
	Capital	14 000 000 000		16 000 000 000		16 000 000 000			
Capital	Activo corriente					51 837 817 632	30 468 263 759	**5.072.625.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente					21 369 553 873			
									33.817.500.000

22. SOLUMEDIC S.A.									
		2015		2016		2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	21 929 862 393	3,30	21 004 236 665	2,67	19 972 603 454	2,26	**2,75**	CUMPLE
	Pasivo corriente	6 641 726 809		7 859 260 746		8 827 285 994			
Endeudamiento	Pasivo total	14 116 535 590	0,53	12 466 034 944	0,49	12 155 796 810	0,47	**0,50**	CUMPLE
	Activo total	26 834 355 352		25 537 642 872		25 618 570 735			
Rentabilidad	Utilidad neta	301 698 439	0,15	332 869 112	0,17	360 877 822	0,18	**0,17**	CUMPLE
	Capital	2 000 000 000		2 000 000 000		2 000 000 000			
Capital	Activo corriente					19 972 603 454	11 145 317 468	[illegible]	CUMPLE
	Pasivo corriente					8 827 285 994			
									37.441.290.706

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmá
Abogada - Mat. N° 17...8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística Wjara

2021-03-30 14:18:27.354375-04

23. LA CASA DEL MEDICO S.A.									
		2015		2016		2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	11 176 625 107	2,03	12 952 960 166	2,14	13 098 930 763	2,41	2,19	CUMPLE
	Pasivo corriente	5 493 221 352		6 060 727 990		5 432 459 583			
Endeudamiento	Pasivo total	5 493 221 352	0,44	6 060 727 990	0,43	5 432 459 583	0,38	0,42	CUMPLE
	Activo total	12 435 458 787		14 132 130 966		14 247 695 228			
Rentabilidad	Utilidad neta	64 411 458	0,02	1 050 892 942	0,35	660 610 983	0,22	0,20	CUMPLE
	Capital	3 000 000 000		3 000 000 000		3 000 000 000			
Capital	Activo corriente					13 098 930 763	7 666 471 180	4.964.595.633	CUMPLE
	Pasivo corriente					5 432 459 583			
								33.097.304.222	

26. ARGON S.R.L.									
		2015		2016		2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	17 980 830 443	7,43	16 429 574 139	7,42	21 205 367 036	31,09	15,31	CUMPLE
	Pasivo corriente	2 418 648 429		2 213 651 252		682 116 854			
Endeudamiento	Pasivo total	2 400 257 724	0,13	2 213 651 252	0,11	682 116 854	0,03	0,09	CUMPLE
	Activo total	19 023 148 003		19 260 419 023		24 066 378 087			
Rentabilidad	Utilidad neta	1 461 700 819	487,23	420 994 331	0,84	1 419 867 822	2,84	163,64	CUMPLE
	Capital	3 000 000		500 000 000		500 000 000			
Capital	Activo corriente					21 205 367 036	20 523 250 182	3.253.309.782	CUMPLE
	Pasivo corriente					682 116 854			
								21.688.731.883	

28. FALCON COM. & IND. S.A.									
		2015		2016		2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	7 554 987 948	2,33	9 003 999 256	2,16	15 959 810 522	4,92	3,14	CUMPLE
	Pasivo corriente	3 243 719 283		4 162 348 432		3 245 255 429			
Endeudamiento	Pasivo total	3 243 719 283	0,41	4 162 348 508	0,45	3 245 255 429	0,20	0,36	CUMPLE
	Activo total	7 820 595 747		9 178 306 986		16 162 277 459			
Rentabilidad	Utilidad neta	148 543 603	0,09	414 261 927	0,26	2 753 012 100	2,75	1,03	CUMPLE
	Capital	1 600 000 000		1 600 000 000		1 000 000 000			
Capital	Activo corriente					15 959 810 522	12 714 555 093	2.847.900.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					3 245 255 429			
								18.986.000.000	

5. G T SCIENTIFIC S.A.									
		2015		2016		2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	47 814 992 168	1,16	52 154 790 960	1,33	65 316 812 208	1,39	1,29	CUMPLE
	Pasivo corriente	41 146 840 136		39 200 228 404		46 909 171 715			
Endeudamiento	Pasivo total	41 148 840 136	0,65	44 906 005 436	0,64	49 624 096 300	0,60	0,63	CUMPLE
	Activo total	63 061 316 282		70 040 132 965		83 316 812 208			
Rentabilidad	Utilidad neta	3 024 090 068	1,01	2 652 616 844	0,88	8 410 732 305	1,03	0,97	CUMPLE
	Capital	3 000 000 000		3 000 000 000		8 200 000 000			
Capital	Activo corriente					65 316 812 208	18 407 640 493	2.642.921.202	CUMPLE
	Pasivo corriente					46 909 171 715			
								17.619.474.678	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmé
Abogada - Mat. Nº 1[illegible]8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Eduardo José Núñez Galeano
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wijara

2021-03-30 14:18:27.354375-04

7. CASA BOLLER S.A.									
		2015		2016		2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	165 100 495 954	5,00	174 233 654 460	4,80	157 320 766 975	11,50	4,90	CUMPLE
	Pasivo corriente	33 027 445 108		36 286 877 643		13 685 943 947			
Endeudamiento	Pasivo total	33 027 445 108	0,16	37 829 008 599	0,21	16 206 177 901	0,07	0,15	CUMPLE
	Activo total	212 998 168 774		176 393 052 509		226 122 113 751			
Rentabilidad	Utilidad neta	49 027 215 984	0,82	53 449 959 714	0,89	55 329 309 392	0,92	0,88	CUMPLE
	Capital	60 000 000 000		60 000 000 000		60 000 000 000			
Capital	Activo corriente					157 320 766 975	143 634 823 028	3.414.449.994	CUMPLE
	Pasivo corriente					13 685 943 947			
									22 762 999 960

8 V & V S.A									
		2015		2016		2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	6 527 743 187	6,78	7 866 930 164	3,29	7 198 302 012	12,99	7,69	CUMPLE
	Pasivo corriente	962 975 197		2 390 359 147		553 954 497			
Endeudamiento	Pasivo total	3 716 975 197	0,55	5 335 590 470	0,66	4 618 640 518	0,61	0,61	CUMPLE
	Activo total	6 697 987 384		8 138 896 861		7 528 768 709			
Rentabilidad	Utilidad neta	30 499 932	0,03	46 575 520	0,05	35 590 477	0,04	0,04	CUMPLE
	Capital	1 000 000 000		1 000 000 000		1 000 000 000			
Capital	Activo corriente					7 198 302 012	6 644 347 515	4.405.622.077	CUMPLE
	Pasivo corriente					553 954 497			
									29 370 813 849

12. INFOTEC S.A.									
		2015		2016		2017		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	17 637 464 203	1,57	12 914 412 767	0,15	10 558 733 181	1,89	1,21	CUMPLE
	Pasivo corriente	11 228 085 206		84 649 109 833		5 573 466 440			
Endeudamiento	Pasivo total	16 397 765 912	0,74	13 149 278 679	0,67	8 959 133 003	0,47	0,63	CUMPLE
	Activo total	22 155 800 104		19 501 229 181		18 930 023 989			
Rentabilidad	Utilidad neta	215 551 422	0,05	340 852 839	0,08	496 908 634	0,07	0,06	CUMPLE
	Capital	4 223 000 000		4 395 000 000		7 497 000 000			
Capital	Activo corriente					10 558 733 181	4 985 266 741	2.179.349.996	CUMPLE
	Pasivo corriente					5 573 466 440			
									14.528.999.976

14. RECOMENDACIÓNES DE LA COMISION EVALUADORA:

Verificadas las documentaciones y evaluadas las ofertas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051/03 y su Decreto Reglamentario; y los criterios de evaluación y calificación estipulados en el PBC y Adendas, cabe mencionar que el análisis de los precios fue realizado teniendo en cuenta los criterios contemplados en la Resolución DNCP N° 411/18 que se encuentra vigente desde el 01 de febrero de 2018, y se concluye que los precios se ajustan a lo solicitado; por tanto esta Comisión Evaluadora de Ofertas eleva el presente informe, con las siguientes sugerencias:

1. Se sugiere **DESCALIFICAR** a las firmas DYSA HEALTHCARE S.A., V&V S.A. por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

2. Se sugiere **ADJUDICAR** a las firmas **CASA BOLLER S.A. para el Item 5 e INFOTEC S.A. para el Item 6** por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras exigidas por el Pliego de Base y Condiciones, conforme al Anexo I del presente informe.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. N° 17...8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Nyara

2021-03-30 14:18:27.354375-04

15. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

- ✓ Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos
- ✓ Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos.
- ✓ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- ✓ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- ✓ Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

Es nuestro informe.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

✓ **Lic. Derlis Ruben Segovia Romero, en representación de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.**

✓ **Lic. Jorge Rejala Gonzalez, en representación de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

✓ **Abg. Edgar Gimenez, en representación de la Dirección Jurídica.**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.[illegible]8
Dirección Jurídica

✓ **Abg. Gloria Fatima Colman, en representación de la Dirección Jurídica.**

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

2021-03-30 14:18:27.354375-04

Anexo1. CUADROS DE PRECIOS

CASA BOLLER S.A.

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
5	42272504-007	MAQUINA DE ANESTESIA	Drager	Alemania	24	325 000 000	7 800 000 000
MONTO TOTAL ITEM 5: GUARANIES SIETE MIL MILLONES. IVA INCLUIDO							

INFOTEC S.A.

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
6	42181904-002	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	Sinohero	China	81	48 148 148	3 899 999 988
MONTO TOTAL ITEM 6: GUARANIES TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. IVA INCLUIDO							

MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACION: (GS. 11.699.999.988) GUARANIES ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. I.V.A. INCLUIDO.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Colmán
Abogada - Mat. Nº 17.7.8
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Instituto de Previsión Social
Julio Jorge González
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

2021-03-30 14:18:27.354375-04