TESÃI HA TEKO PORAVE
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI

Paraguay de la g

Dirección General Operativa de Contrataciones - UOC 05 Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

CD Nº02/2021"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION MARCA SERCON" ID Nº:395.708

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

						INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS DE Christopher Arevalos			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRESENTACION	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO REFERNCIAL	%
1	**73171602-001**	**Mantenimiento correctivo de Auto Clave de Esterilizacion - Marca Sercon.**							
1.1.		Provicion y cambio de electrovalvula con bobina 220V, Para vapor	Unidad	Unidad	2	1.672.000	3.344.000	3.520.000	-5%
1.2		Reparacion y Mantenimiento de bomba de vacio, incluye electrovalvula con bobina 220V, para agua y antiremoto	Unidad	Unidad	1	2.726.500	2.726.500	2.870.000	-5%
1.3		Provicion y cambio de resistencia 12 KW,mantenimiento integral de caldera, incluye electrodo de nivel.	Unidad	Unidad	1	1.235.000	1.235.000	1.300.000	-5%
1.4		Provicion y cambio de junta de puerta	Unidad	Unidad	1	1.634.000	1.634.000	1.720.000	-5%
1.5		Tablero de mano,incluyendo cambio de temporizador,relay,controlador de nivel, contactor.	Unidad	Unidad	1	2.090.000	2.090.000	2.200.000	-5%
1.6		Traslado, desmontaje,ensamble,verificacion de uso y puesta en marcha.	Unidad	Unidad	1	703.000	703.000	740.000	-5%
					Total con Iva:		**11.732.500**	**12.350.000**	

Sra. Karen Godoy
UOC Nº05

Lic. Vanessa Benoit
UOC Nº05