CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 31/2013 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS" ID 266.718

RECTIFICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTASY RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, a los veintiochodías del mes de abril del año dos mil catorce, en el Departamento de Licitaciones, sito en la calle Pettirossi esquina Brasil, se procede a la Rectificación del Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación de fecha 10 de diciembre de 2013, realizado en el marcode la Evaluación dela **CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 31/2013"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA" I.D. Nº 266.718".**----------

Se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas según Resolución Ministerial.

1. **Abog. Carlos Espínola, Representante de la Asesoría Jurídica de la Dirección General Operativa de Contrataciones.**
2. **Dr. Venancio González, Representante delaDirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.**
3. **Sr. DarioInsfrán, Representante delaDirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud**

1. ANTECEDENTES

Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado:

- Pliego de Bases y Condiciones.-
- Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación de fecha 10 de diciembre de 2013.-
- Resolución D.G.O.C. N° 443/13 de fecha 11 de diciembre de 2013.-
- Oferta de la Empresa GTSCIENTIFIC S.A.-
- Memorándum D.G.C. N° 250/2014.-
- NOTA/DGGIES N° 483/2014.-
- DICTAMEN A.J. DGGIES N° 138/2014.-
- Rectificación del Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación de fecha 24 de abril de 2014.-
- Resolución D.G.O.C N° 222/2014 del 25 de abril de 2014.-

2. MOTIVO DE LA RECTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que en el momento de la elaboración del Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación de fecha 10 de diciembre de 2013, se cometieron erroresaritméticosinvoluntarios al totalizar los Montos Totales Mínimos y Totales Máximos de los Lotes/ítems: **LOTE 5: Ítems:3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ,24, 25 y26; LOTE 6: Ítems:2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; LOTE 9: Ítems:2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; LOTE 10: Ítems:3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; LOTE 11: Ítems: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26;** adjudicadosa la empresa GTSCIENTIFICS.A., específicamente en el Punto 8. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA y en el Cuadro de Resumen General, por lo que este comité procede a la rectificación de dichospuntos, conforme al siguiente detalle:

- **GT SCIENTIFIC SA**

LOTE 5

Item	Código	Producto	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL MÍNIMO OFERTADO	TOTAL MÁXIMO OFERTADO
1	41115805-999	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO	Con equipo en comodato. Determinaciones para un analizador de mediciones de gases en sangre con electrolitos. Mínimas caracteísticas: Conectado al software de gestion del laboratorio, con lector de codigo de barras), electrodos libre de mantenimiento para determinaciones de electrolitos: Na, K, Cl y Ca.	Determinación	Unidad	1.500	3.000	46.410	Siemens	USA	69.615.000	139.230.000

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos J. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			Para Gasometría pH, pCO2, pO2, Sat de O2, Hemoglobina total, Hematocrito. H+, CHCO3, CTCO2, BE, BEACT, BESS, BB, pHST, CHCO3ST, pAO2, NCa, QS/QT, p50, sO2 (C), AaDO2, a/AO2, eAVDO2, AGOER, Hct (C), PAO2t, RItPHtPCO2t, H+t, AaDO2t. Temp de medición 37 + - 0,2ºC, Tipo de Muestra: Sangre Total, Plasma, Suero, Controles QC (Material Acuoso). Certificado FDA, CE. Muestras en Capilar y Jeringas. Reactivos, Controles, Calibradore e Insumos consumibles. Los equipos deben ser usados con 220 voltios, entre 50–60 HZ, y contar con UPS. Los equipos ofertados no deberán tener más de 3 (tres) años de uso.										
2	41116120-001	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGICO	Reactivos con equipo en comodato. Equipo no mayor a tres años de fabricación. La tecnología debe permitir hacer lecturas ópticas de precisión láser o citometria de flujo, para glóbulos blancos con diferencial y análisis óptico tridimensional de eritrocitos, incluidos los reticulocitos. Identificación para las células anormales; análisis ópticos de dos ángulos para determinar el número y el tamaño de plaquetas. Con capacidad como mínimo 20 parámetros hematológicos y además ejecutar el conjunto de determinaciones básicas: hemograma completo,	Determinación	Unidad	10.000	20.000	10.472	Siemens	USA	104.720.000	209.440.000

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio Gonzalez Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			recuento de leucocitos y plaquetas, fórmula leucocitaria completa con análisis diferenciales de 5 partes en glóbulos blancos, y recuento automático de reticulocitos. Los equipos deben procesar un mínimo de 60 muestras por hora, con cantidades mínimas de muestra, dilución automática de muestras, panel de teclado con visor de resultado. Impresora automática de resultado, archivo de datos con sistemas informáticos. Software en español con lector de código de barra y modulo para interface con el sistema de laboratorio y/o SIH (Sistema Informático Hospitalario), con estabilizador de corriente UPS. Todos los reactivos e insumos que necesitan para el buen funcionamiento. Controles de calidad interno en tres niveles, alto, normal y bajo; y control externo. La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor, quien debe chequear previamente la instalación eléctricas, sistema de eliminación de residuos (cañería desagüe) del laboratorio y condiciones de climatización, respetando las normas de bioseguridad vigente para su adecuación según la necesidades del equipo. El proveedor debe suministrar fichas de mantenimiento diario, semanal y											

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos H. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			mensual para que el ususaario registre las observaciones referente al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo, servicio técnico permanente las 24 horas del día, incluyendo domingos y feriados. Debe brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel. Provisión de tubos con anticoagulante EDTA en cantidad igual que las determinaciones de hemograma solicitadas. Igualmente el proveedor deberá entregar en calidad de comodato un equipo homogeneizador de tubos por cada servicio.										
3	41116105-126	GLICEMIA	REACTIVOS TODOS LIQUIDOS LISTO PARA USAR. Se requiere 1 (un) equipo en comodato, Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados por un Gestor de Módulos de Muestras, con equipos que tengan las siguientes mínimas características: De acceso aleatorio (Randomaccess) para análisis de química clínica y ensayos de inmunología integrados. Métodos fotométricos multicanal: Determinaciones inmunológicas, electrolitos (suero y orina), dosaje de drogas	Determinación	Unidad	7.500	15.000	5.367	Siemens	USA	40.252.500	80.505.000
4	41116105-083	REACTIVO PARA UREA		Determinación	Unidad	6.000	12.000	5.367	Siemens	USA	32.202.000	64.404.000
5	41116105-082	REACTIVO PARA CREATININA		Determinación	Unidad	6.000	12.000	5.367	Siemens	USA	32.202.000	64.404.000
6	41116105-077	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO		Determinación	Unidad	3.000	6.000	5.563	Siemens	USA	16.689.000	33.378.000
7	41116105-129	HDL COLESTEROL		Determinación	Unidad	2.000	4.000	5.891	Siemens	USA	11.782.000	23.564.000
8	41116105-079	REACTIVO PARA COLESTEROL		Determinación	Unidad	3.000	6.000	5.563	Siemens	USA	16.689.000	33.378.000
9	41116105-081	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS		Determinación	Unidad	3.000	6.000	5.563	Siemens	USA	16.689.000	33.378.000
10	41116105-127	GOT		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.563	Siemens	USA	27.815.000	55.630.000
11	41116105-128	GPT		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.563	Siemens	USA	27.815.000	55.630.000
12	41116105-159	FOSFATASA ALCALINA		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.563	Siemens	USA	27.815.000	55.630.000
13	41116105-123	BILIRRUBINA TOTAL		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.563	Siemens	USA	27.815.000	55.630.000
14	41116105-123	BILIRRUBINA DIRECTA		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.563	Siemens	USA	27.815.000	55.630.000
15	41116130-081	GAMMA GT		Determinación	Unidad	500	1.000	5.563	Siemens	USA	2.781.500	5.563.000

Dario Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 31/2013 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS" ID 266.718

16	41116113-016	ALFA AMILASA	terapéuticas y drogas de abuso de última generación. Con un rendimiento de mínimo 500 test/hora fotométricos, 300 Test ISE/hora como mínimo y 100 det./hora de inmunoensayo como mínimo. Reactivos identificados por código de barras y listos para USAR, de la misma marca que el equipo ofertado. Verificación de la integridad de las muestras, incluyendo índices séricos, detección de coágulos y muestras insuficiente. El módulo de inmunología debe tener 20 reactivos a bordo mínimamente para cubrir la mayor cantidad de determinaciones. Provisión de calibradores, controles y consumibles necesarios conforme necesidad del servicio. Repetición automática o manual de ensayo. Repetición automática se puede solicitar por el software. Tipos de muestras: suero, plasma, orina, LCR, sangre entera (solo para HbA1c). Volumen de muestras a ser utilizado en las determinaciones entre 1 a 50 microlitros. Volumen mínimo de muestras a ser cargados en el equipo. Detección automática de coágulo. Con disponibilidad de detección de muestras insuficiente y lectura de código de barra para todas las	Determinación	Unidad	250	500	5.563	Siemens	USA	1.390.750	2.781.500
17	41116105-130	LDH		Determinación	Unidad	250	500	5.563	Siemens	USA	1.390.750	2.781.500
18	41116004-021	PROTEINAS TOTALES		Determinación	Unidad	500	1.000	5.563	Siemens	USA	2.781.500	5.563.000
19	41116105-403	ALBÚMINA		Determinación	Unidad	500	1.000	5.563	Siemens	USA	2.781.500	5.563.000
20	41113305-001	CALCIO		Determinación	Unidad	2.000	4.000	5.563	Siemens	USA	11.126.000	22.252.000
21	41116113-022	FÓSFORO		Determinación	Unidad	1.000	2000	5.563	Siemens	USA	5.563.000	11.126.000
22	41116105-005	MAGNESIO		Determinación	Unidad	1.000	2000	5.563	Siemens	USA	5.563.000	11.126.000
23	41116105-109	CK MB		Determinación	Unidad	500	1.000	5.563	Siemens	USA	2.781.500	5.563.000
24	41113305-002	CK TOTAL		Determinación	Unidad	500	1.000	5.563	Siemens	USA	2.781.500	5.563.000
25	41116004-020	PROTEINAS (Proteinuria)		Determinación	Unidad	200	400	5.563	Siemens	USA	1.112.600	2.225.200
26	41116012-001	PROTEINASLCR		Determinación	Unidad	100	200	5.563	Siemens	USA	556.300	1.112.600
27	41116109-002	HEMOGLOBINA GLICOSILADA		Determinación	Unidad	600	1.200	47.600	Siemens	USA	28.560.000	57.120.000
28	41116113-023	CARBAMACEPINA		Determinación	Unidad	200	400	53.550	Siemens	USA	10.710.000	21.420.000
29	41116113-048	FENITOINA		Determinación	Unidad	200	400	53.550	Siemens	USA	10.710.000	21.420.000
30	41116113-031	ACIDO VALPROICO		Determinación	Unidad	200	400	53.550	Siemens	USA	10.710.000	21.420.000
31	41116113-029	VANCOMICINA		Determinación	Unidad	200	400	53.550	Siemens	USA	10.710.000	21.420.000
32	41116113-026	FENOBARBITAL		Determinación	Unidad	200	400	53.550	Siemens	USA	10.710.000	21.420.000
33	41116105-104	C3		Determinación	Unidad	200	400	59.500	Siemens	USA	11.900.000	23.800.000
34	41116105-105	C4		Determinación	Unidad	200	400	59.500	Siemens	USA	11.900.000	23.800.000
35	41116105-284	TRANSFERRINA		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
36	41115819-009	Anti Hav-IgM (Hepatitis A)		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
37	41116010-018	Tiroglobulina		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
38	41116002-073	Reactivo hepatitis B (Antígeno de Superficie)		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
39	41116010-067	Reactivo para anticuerpo CoreIgG + IgM-HB		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
40	41116002-008	HCV-acMet		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
41	41116002-997	REACTIVO PARA HIV		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
42	41116113-004	REACTIVO PARA TOXOPLASMOSIS IgG		Determinación	Unidad	400	800	39.270	Siemens	USA	15.708.000	31.416.000
43	41115819-003	TOXOIgM reactivo		Determinación	Unidad	400	800	39.270	Siemens	USA	15.708.000	31.416.000
44	41115819-001	RUBEOLA IgG		Determinación	Unidad	400	800	39.270	Siemens	USA	15.708.000	31.416.000

Dario Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espinola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 31/2013 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS" ID 266.718

45	41115819-002	RUBEOLA IgM	posiciones. Posición para urgencias. El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica queda a cargo del proveedor. En caso necesario provisión de un Equipo de Repuesto. Los equipos deben ser usados con 220 voltios, entre 50–60 HZ, y contar con UPS. El proveedor deberá encargarse del Servicio Técnico, mantenimiento preventivo, correctivo, capacitación al personal de laboratorio, Además de proveer los calibradores, controles e insumos para el buen desempeño del Equipo según necesidad del Servicio. Servicio técnico deberá realizar los mantenimientos periódicos, preventivos, correctivos y predictivos, que no dependan del usuario. El tiempo de respuesta dentro del horario de trabajo del laboratorio, menor a una hora desde el llamado a la empresa y con personal calificado. Conexión y transferencia de la información de los equipos autoaanalizadores al sistema de gestión de laboratorio. El proveedor deberá entregar en comodato 2 (dos) centrífugas de 36 tubos o más, (para química clínica y para inmunología); así como los tubos en cantidades necesarias conforme a cantidad de	Determinación	Unidad	400	800	39.270	Siemens	USA	15.708.000	31.416.000
46	41116126-016	Kits - Detección Citomegalovirus IgG		Determinación	Unidad	400	800	39.270	Siemens	USA	15.708.000	31.416.000
47	41116126-017	Kits - Detección Citomegalovirus IgM		Determinación	Unidad	400	800	39.270	Siemens	USA	15.708.000	31.416.000
48	41116010-008	IgE Reactivo		Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000
49	41116105-166	TROPONINA (I) cuantitativo		Determinación	Unidad	200	400	59.500	Siemens	USA	11.900.000	23.800.000
50	41111605-007	T3 REACTIVO		Determinación	Unidad	2.000	4.000	39.270	Siemens	USA	78.540.000	157.080.000
51	41116126-013	KITS - DETERMINACION DE T4		Determinación	Unidad	2.000	4.000	39.270	Siemens	USA	78.540.000	157.080.000
52	41111605-003	FT3 reactivo		Determinación	Unidad	2.000	4.000	39.270	Siemens	USA	78.540.000	157.080.000
53	41111605-006	FT4 reactivo		Determinación	Unidad	2.000	4.000	39.270	Siemens	USA	78.540.000	157.080.000
54	41116105-368	TSH Reactivo		Determinación	Unidad	2.000	4.000	39.270	Siemens	USA	78.540.000	157.080.000
55	41115819-010	VITAMNIA B12		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
56	41116105-606	REACTIVO ACIDO FOLICO		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
57	41116105-271	FERRITINA		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
58	41116105-400	ANTIGENOPROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Total		Determinación	Unidad	500	1000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
59	41116105-400	ANTIGENOPROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Libre		Determinación	Unidad	500	1000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
60	41113305-004	CA 125		Determinación	Unidad	500	1000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
61	41113305-005	CA 15-3		Determinación	Unidad	500	1000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
62	41113305-006	CA 19-9		Determinación	Unidad	500	1000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
63	41116004-026	CEA		Determinación	Unidad	500	1000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
64	41105333-003	ALFA FETO PROTEINA		Determinación	Unidad	500	1000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
65	41116010-004	AC. ANTI TIROGLOBULINA		Determinación	Unidad	300	600	39.270	Siemens	USA	11.781.000	23.562.000
66	41116105-305	TPO (anticuerpos)		Determinación	Unidad	300	600	39.270	Siemens	USA	11.781.000	23.562.000
67	41116105-078	REACTIVO PARA B HCG		Determinación	Unidad	500	1000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
68	41116105-594	CORTISOL		Determinación	Unidad	500	1000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
69	41116105-590	ESTRADIOL		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
70	41116010-041	FSH hormona folículo estimulante		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
71	41116105-163	REACTIVO LH		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
72	41116004-028	PROGESTERONA		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000

Darío Insfran Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio Gonzalez Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 31/2013 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS" ID 266.718

73	41116126-014	KITS - DETERMINACION DE PROLACTINA	pacientes que posea el servicio y a la necesidad del mismo. Con software de Gestión de Laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad, planilla de trabajo con las determinaciones a realizar, estadística de determinaciones y estadísticas de pacientes). Con todos los insumos necesarios, Hojas para resultados, cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados, tinta y/o tóner, rollos para etiquetas, etc. Sistema de gestión abarca las fases de pre-analítica, analítica y post-analítica brindando seguridad, posibilitando la automatización y proveyendo información útil para la gestión diaria, así como la toma de decisiones, alta pacientes con tipo y Nº de documento como claves únicas de identificación de los mismos, Ingreso de Ordenes o Peticiones (Estudios, Perfiles, curvas), impresión de códigos de barras en tiempo real para identificación de la documentación y las muestras correspondientes a la atención del paciente. Interfaces con analizadores que evitan el ingreso manual de los analitos a los equipos y	Determinación	Unidad	300	600	39.270	Siemens	USA	11.781.000	23.562.000
74	41116015-464	TESTOSTERONA REACTIVO		Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000
75	41116127-005	DHEA-SO4 dehidroepiandrosterona sulfato		Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000
76	41116113-032	BETA 2 MICROGLOBULINA		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
77	41116105-545	INSULINA		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
78	41116105-131	DIMERO D		Determinación	Unidad	100	200	103.530	Siemens	USA	10.353.000	20.706.000
79	41116003-011	ELECTROLITOS (Na, K, Cl)		Determinación	Unidad	2.000	4.000	8.925	Siemens	USA	17.850.000	35.700.000

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			posibiliten volcar los resultados de manera automatizada. Navegador de resultados donde los técnicos y bioquímicos podrán verificar los resultados recibidos, emisión de listados y estadísticas que ayudan en la gestión diaria. Envió de resultados por Mail o Fax para pacientes, integración Web, que permiten el acceso de Pacientes, Médicos y Usuarios a través de Internet para consultar resultados u otros datos. Asistencia técnica "on line" con el proveedor adjudicado.									
80	41116005-006	REACTIVO TP	REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE CRASIS SANGUINEA. Con equipo en comodato .Semiautomatizado de 4 a 6 canales de medición independiente. Método monitorización electromagnética de la formación del coágulo. Capacidad de incubación de 16 o más muestras. Deben incluir determinación de fibrinógeno con buffer de dilución de muestras, cefalina activada (TTPA) , cloruro de calcio, tromboplastina cálcica con buffer, controles, cubetas, esferas o barras magnéticas, Además mantenimiento, reparaciones, elementos consumibles (como papeles para la impresora del equipo). Almacenamiento de curva e impresión de las curvas de calibración.	Determinación	Unidad	2.500	5.000	8.330	Siemens	USA	20.825.000	41.650.000
81	41116005-007	REACTIVO TTPA		Determinación	Unidad	2.000	4.000	8.330	Siemens	USA	16.660.000	33.320.000
82	41116113-001	REACTIVO DE FIBRINÓGENO		Determinación	Unidad	2.000	4.000	8.330	Siemens	USA	16.660.000	33.320.000

Abog. Carlos F. Espínola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Mario Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			Servicio técnico y garantia de funcionamiento, en caso necesario, provisión de un equipo de repuesto. Controles, Calibradores y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo. El equipo ofertado no deberá tener más de 3 (tres) años de uso. Provisión de tubos con anticoagulante citrato de sodio en igual cantidad de las determinaciones solicitadas.									

TOTAL LOTE 5:GS. 3.114.268.800.-

LOTE 6

Ítem	Código	Producto	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL MÍNIMO OFERTADO	TOTAL MÁXIMO OFERTADO
1	41115805-999	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO	Con equipo en comodato. Determinaciones para un analizador de mediciones de gases en sangre con electrolitos. Mínimas caracteisticas: Conectado al software de gestion del laboratorio, con lector de codigo de barras), electrodos libre de mantenimiento para determinaciones de electrolitos: Na, K, Cl y Ca. Para Gasometría pH, pCO2, pO2, Sat de O2, Hemoglobina total, Hematocrito. H+, CHCO3, CTCO2, BE, BEACT, BESS, BB, pHST, CHCO3ST, pAO2, NCa, QS/QT, p50, sO2 (C), AaDO2, a/AO2, eAVDO2, AGOER, Hct (C), PAO2t, RItPHtPCO2t, H+t, AaDO2t. Temp de medición 37 + - 0,2ºC, Tipo de Muestra: Sangre Total, Plasma, Suero, Controles QC (Material Acuoso).	Determinación	Unidad	1.500	3.000	46.644	Siemens	USA	69.966.000	139.932.000

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			Certificado FDA, CE. Muestras en Capilar y Jeringas. Reactivos, Controles, Calibradore e Insumos consumibles. Los equipos deben ser usados con 220 voltios, entre 50–60 HZ, y contar con UPS. Los equipos ofertados no deberán tener más de 3 (tres) años de uso.									
2	41116120-001	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGICO	Reactivos con equipo en comodato. Equipo no mayor a tres años de fabricación. La tecnología debe permitir hacer lecturas ópticas de precisión láser o citometria de flujo, para glóbulos blancos con diferencial y análisis óptico tridimensional de eritrocitos, incluidos los reticulocitos. Identificación para las células anormales; análisis ópticos de dos ángulos para determinar el número y el tamaño de plaquetas. Con capacidad como mínimo 20 parámetros hematológicos y además ejecutar el conjunto de determinaciones básicas: hemograma completo, recuento de leucocitos y plaquetas, fórmula leucocitaria completa con análisis diferenciales de 5 partes en glóbulos blancos, y recuento automático de reticulocitos. Los equipos deben procesar un mínimo de 60 muestras por hora, con cantidades mínimas de muestra, dilución automática de muestras, panel de teclado con visor de	Determinación	Unidad	6.000	12.000	10.525	Siemens	USA	63.150.000	126.300.000

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			resultado. Impresora automática de resultado, archivo de datos con sistemas informáticos. Software en español con lector de código de barra y modulo para interface con el sistema de laboratorio y/o SIH (Sistema Informático Hospitalario), con estabilizador de corriente UPS. Todos los reactivos e insumos que necesitan para el buen funcionamiento. Controles de calidad interno en tres niveles, alto, normal y bajo; y control externo. La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor, quien debe chequear previamente la instalación eléctricas, sistema de eliminación de residuos (cañería desagüe) del laboratorio y condiciones de climatización, respetando las normas de bioseguridad vigente para su adecuación según la necesidades del equipo. El proveedor debe suministrar fichas de mantenimiento diario, semanal y mensual para que el ususaario registre las observaciones referente al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo, servicio técnico permanente las 24 horas del dia, incluyendo domingos y feriados. Debe brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en										

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel. Provisión de tubos con anticoagulante EDTA en cantidad igual que las determinaciones de hemograma solicitadas. igualmente el proveedor deberá entregar en calidad de comodato un equipo homogeneizador de tubos por cada servicio.									
3	41116105-126	GLICEMIA	REACTIVOS TODOS LIQUIDOS LISTO PARA USAR. Se requiere 1 (un) equipo en comodato, Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados por un Gestor de Módulos de Muestras, con equipos que tengan las siguientes mínimas características: De acceso aleatorio (Randomaccess) para análisis de química clínica y ensayos de inmunología integrados. Métodos fotométricos multicanal: Determinaciones inmunológicas, electrolitos (suero y orina), dosaje de drogas terapéuticas y drogas de abuso de última generación. Con un rendimiento de mínimo 500 test/hora fotométricos, 300 Test ISE/hora como mínimo y 100 det./hora de inmunoensayo como mínimo. Reactivos identificados por código de barras y listos para USAR, de la misma marca que el equipo ofertado. Verificación de la integridad de las	Determinación	Unidad	7.500	15.000	5.394	Siemens	USA	40.455.000	80.910.000
4	41116105-083	REACTIVO PARA UREA		Determinación	Unidad	6.000	12.000	5.394	Siemens	USA	32.364.000	64.728.000
5	41116105-082	REACTIVO PARA CREATININA		Determinación	Unidad	6.000	12.000	5.394	Siemens	USA	32.364.000	64.728.000
6	41116105-077	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO		Determinación	Unidad	3.000	6.000	5.591	Siemens	USA	16.773.000	33.546.000
7	41116105-129	HDL COLESTEROL		Determinación	Unidad	2.000	4.000	5.920	Siemens	USA	11.840.000	23.680.000
8	41116105-079	REACTIVO PARA COLESTEROL		Determinación	Unidad	3.000	6.000	5.591	Siemens	USA	16.773.000	33.546.000
9	41116105-081	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS		Determinación	Unidad	3.000	6.000	5.591	Siemens	USA	16.773.000	33.546.000
10	41116105-127	GOT		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.591	Siemens	USA	27.955.000	55.910.000
11	41116105-128	GPT		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.591	Siemens	USA	27.955.000	55.910.000
12	41116105-159	FOSFATASA ALCALINA		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.591	Siemens	USA	27.955.000	55.910.000
13	41116105-123	BILIRRUBINA TOTAL		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.591	Siemens	USA	27.955.000	55.910.000
14	41116105-123	BILIRRUBINA DIRECTA		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.591	Siemens	USA	27.955.000	55.910.000
15	41116130-081	GAMMA GT		Determinación	Unidad	500	1.000	5.591	Siemens	USA	2.795.500	5.591.000
16	41116113-016	ALFA AMILASA		Determinación	Unidad	100	200	5.591	Siemens	USA	559.100	1.118.200
17	41116105-130	LDH		Determinación	Unidad	2.500	5000	5.591	Siemens	USA	13.977.500	27.955.000
18	41116004-021	PROTEINAS TOTALES		Determinación	Unidad	500	1.000	5.591	Siemens	USA	2.795.500	5.591.000
19	41116105-403	ALBÚMINA		Determinación	Unidad	500	1.000	5.591	Siemens	USA	2.795.500	5.591.000
20	41113305-001	CALCIO		Determinación	Unidad	2.000	4.000	5.591	Siemens	USA	11.182.000	22.364.000
21	41116113-022	FÓSFORO		Determinación	Unidad	1.000	2000	5.591	Siemens	USA	5.591.000	11.182.000
22	41116105-005	MAGNESIO		Determinación	Unidad	1.000	2000	5.591	Siemens	USA	5.591.000	11.182.000
23	41116105-109	CK MB		Determinación	Unidad	3.000	6.000	5.591	Siemens	USA	16.773.000	33.546.000
24	41113305-002	CK TOTAL		Determinación	Unidad	3.000	6.000	5.591	Siemens	USA	16.773.000	33.546.000

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espinola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 31/2013 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS" ID 266.718

25	41116004-020	PROTEINAS (Proteinuria)	muestras, incluyendo índices séricos, detección de coágulos y muestras insuficiente. El módulo de inmunología debe tener 20 reactivos a bordo mínimamente para cubrir la mayor cantidad de determinaciones. Provisión de calibradores, controles y consumibles necesarios conforme necesidad del servicio. Repetición automática o manual de ensayo. Repetición automática se puede solicitar por el software. Tipos de muestras: suero, plasma, orina, LCR, sangre entera (solo para HbA1c). Volumen de muestras a ser utilizado en las determinaciones entre 1 a 50 microlitros. Volumen mínimo de muestras a ser cargados en el equipo. Detección automática de coágulo. Con disponibilidad de detección de muestras insuficiente y lectura de código de barra para todas las posiciones. Posición para urgencias. El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica queda a cargo del proveedor. En caso necesario provisión de un Equipo de Repuesto. Los equipos deben ser usados con 220 voltios, entre 50–60 HZ, y contar con UPS. El proveedor deberá	Determinación	Unidad	200	400	5.591	Siemens	USA	1.118.200	2.236.400
26	41116012-001	PROTEINASLCR		Determinación	Unidad	100	200	5.591	Siemens	USA	559.100	1.118.200
27	41116109-002	HEMOGLOBINA GLICOSILADA		Determinación	Unidad	600	1.200	47.840	Siemens	USA	28.704.000	57.408.000
28	41116105-104	C3		Determinación	Unidad	200	400	59.800	Siemens	USA	11.960.000	23.920.000
29	41116105-105	C4		Determinación	Unidad	200	400	59.800	Siemens	USA	11.960.000	23.920.000
30	41116105-284	TRANSFERRINA		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
31	41115819-009	Anti Hav-IgM (Hepatitis A)		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
32	41116105-170	NT PRO BNP		Determinación	Unidad	400	800	39.468	Siemens	USA	15.787.200	31.574.400
33	41116002-073	Reactivo hepatitis B (Antígeno de Superficie)		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
34	41116109-999	Mioglobina		Determinación	Unidad	200	400	39.468	Siemens	USA	7.893.600	15.787.200
35	41116002-008	HCV-acMet		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
36	41116002-997	REACTIVO PARA HIV		Determinación	Unidad	200	400	39.468	Siemens	USA	7.893.600	15.787.200
37	41116113-004	REACTIVO PARA TOXOPLASMOSIS IgG		Determinación	Unidad	200	400	39.468	Siemens	USA	7.893.600	15.787.200
38	41115819-003	TOXOIgM reactivo		Determinación	Unidad	200	400	39.468	Siemens	USA	7.893.600	15.787.200
39	41115819-001	RUBEOLA IgG		Determinación	Unidad	200	400	39.468	Siemens	USA	7.893.600	15.787.200
40	41115819-002	RUBEOLA IgM		Determinación	Unidad	200	400	39.468	Siemens	USA	7.893.600	15.787.200
41	41116126-016	Kits - Detección CitomegalovirusIgG		Determinación	Unidad	200	400	39.468	Siemens	USA	7.893.600	15.787.200
42	41116126-017	Kits - Detección CitomegalovirusIgM		Determinación	Unidad	200	400	39.468	Siemens	USA	7.893.600	15.787.200
43	41116010-008	IgE Reactivo		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
44	41116105-166	TROPONINA (i) cuantitativo		Determinación	Unidad	2.500	5000	59.800	Siemens	USA	149.500.000	299.000.000
45	41111605-007	T3 REACTIVO		Determinación	Unidad	300	600	39.468	Siemens	USA	11.840.400	23.680.800
46	41116126-013	KITS - DETERMINACION DE T4		Determinación	Unidad	300	600	39.468	Siemens	USA	11.840.400	23.680.800
47	41111605-003	FT3 reactivo		Determinación	Unidad	300	600	39.468	Siemens	USA	11.840.400	23.680.800
48	41111605-006	FT4 reactivo		Determinación	Unidad	300	600	39.468	Siemens	USA	11.840.400	23.680.800
49	41116105-368	TSH Reactivo		Determinación	Unidad	300	600	39.468	Siemens	USA	11.840.400	23.680.800
50	41115819-010	VITAMNIA B12		Determinación	Unidad	200	400	39.468	Siemens	USA	7.893.600	15.787.200
51	41116105-606	REACTIVO ACIDO FOLICO		Determinación	Unidad	200	400	39.468	Siemens	USA	7.893.600	15.787.200
52	41116105-271	FERRITINA		Determinación	Unidad	200	400	39.468	Siemens	USA	7.893.600	15.787.200

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 31/2013 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS" ID 266.718

53	41116105-400	ANTIGENOPROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Total	encargarse del Servicio Técnico, mantenimiento preventivo, correctivo, capacitación al personal de laboratorio, Además de proveer los calibradores, controles e insumos para el buen desempeño del Equipo según necesidad del Servicio. Servicio técnico deberá realizar los mantenimientos periódicos, preventivos, correctivos y predictivos, que no dependan del usuario. El tiempo de respuesta dentro del horario de trabajo del laboratorio, menor a una hora desde el llamado a la empresa y con personal calificado. Conexión y transferencia de la información de los equipos autoaanalizadores al sistema de gestión de laboratorio. El proveedor deberá entregar en comodato 2 (dos) centrifugas de 36 tubos o más, (para química clínica y para inmunología); así como los tubos en cantidades necesarias conforme a cantidad de pacientes que posea el servicio y a la necesidad del mismo. Con software de Gestión de Laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad, planilla de trabajo con las determinaciones a realizar, estadística de	Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
54	41116105-400	ANTIGENOPROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Libre		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
55	41113305-004	CA 125		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
56	41113305-005	CA 15-3		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
57	41113305-006	CA 19-9		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
58	41116004-026	CEA		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
59	41105333-003	ALFA FETO PROTEINA		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
60	41116010-004	AC. ANTI TIROGLOBULINA		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
61	41116105-305	TPO (anticuerpos)		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
62	41116105-078	REACTIVO PARA B HCG		Determinación	Unidad	200	400	39.468	Siemens	USA	7.893.600	15.787.200
63	41116105-594	CORTISOL		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
64	41116105-590	ESTRADIOL		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
65	41116010-041	FSH hormona folículo estimulante		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
66	41116105-163	REACTIVO LH		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
67	41116004-028	PROGESTERONA		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
68	41116126-014	KITS - DETERMINACION DE PROLACTINA		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
69	41116015-464	TESTOSTERONA REACTIVO		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
70	41116105-545	INSULINA		Determinación	Unidad	100	200	39.468	Siemens	USA	3.946.800	7.893.600
71	41116105-131	DIMERO D		Determinación	Unidad	500	1000	104.052	Siemens	USA	52.026.000	104.052.000
72	41116003-011	ELECTROLITOS (Na, K, Cl)		Determinación	Unidad	3.000	6.000	8.970	Siemens	USA	26.910.000	53.820.000

Dario Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos J. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			determinaciones y estadísticas de pacientes). Con todos los insumos necesarios, Hojas para resultados, cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados, tinta y/o tóner, rollos para etiquetas, etc. Sistema de gestión abarca las fases de pre-analítica, analítica y post-analítica brindando seguridad, posibilitando la automatización y proveyendo información útil para la gestión diaria, así como la toma de decisiones, alta pacientes con tipo y Nº de documento como claves únicas de identificación de los mismos, Ingreso de Ordenes o Peticiones (Estudios, Perfiles, curvas), Impresión de códigos de barras en tiempo real para identificación de la documentación y las muestras correspondientes a la atención del paciente. Interfaces con analizadores que evitan el ingreso manual de los analitos a los equipos y posibiliten volcar los resultados de manera automatizada. Navegador de resultados donde los técnicos y bioquímicos podrán verificar los resultados recibidos, emisión de listados y estadísticas que ayudan en la gestión diaria. Envió de resultados por Mail o Fax para pacientes, integración Web, que permiten el acceso de Pacientes, Médicos y Usuarios a través											

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos F. Chairola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			de Internet para consultar resultados u otros datos. Asistencia técnica "on line" con el proveedor adjudicado.									
73	41116005-006	REACTIVO TP	REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE CRASIS SANGUINEA. Con equipo en comodato .Semiautomatizado de 4 a 6 canales de medición independiente. Método monitorización electromagnética de la formación del coágulo. Capacidad de incubación de 16 o más muestras. Deben incluir determinación de fibrinógeno con buffer de dilución de muestras, cefalina activada (TTPA) , cloruro de calcio, tromboplastina cálcica con buffer, controles, cubetas, esferas o barras magnéticas, Además mantenimiento, reparaciones, elementos consumibles (como papeles para la impresora del equipo). Almacenamiento de curva e impresión de las curvas de calibración. Servicio técnico y garantía de funcionamiento, en caso necesario, provisión de un equipo de repuesto. Controles, Calibradores y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo. El equipo ofertado no deberá tener más de 3 (tres) años de uso. Provisión de tubos con anticoagulante citrato de sodio en igual cantidad de las determinaciones	Determinación	Unidad	2.500	5.000	8.372	Siemens	USA	20.930.000	41.860.000
74	41116005-007	REACTIVO TTPA		Determinación	Unidad	2.000	4.000	5.980	Siemens	USA	11.960.000	23.920.000
75	41116113-001	REACTIVO DE FIBRINÓGENO		Determinación	Unidad	2.000	4.000	5.980	Siemens	USA	11.960.000	23.920.000

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Abogado
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			solicitadas.									

TOTAL LOTE 6:GS. 2.206.390.800.-

LOTE 9

Ítem	Código	Producto	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL MÍNIMO OFERTADO	TOTAL MÁXIMO OFERTADO
1	41115805-999	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO	Con equipo en comodato. Determinaciones para un analizador de mediciones de gases en sangre con electrolitos. Mínimas caracteísticas: Conectado al software de gestion del laboratorio, con lector de codigo de barras), electrodos libre de mantenimiento para determinaciones de electrolitos: Na, K, Cl y Ca. Para Gasometría pH, pCO2, pO2, Sat de O2, Hemoglobina total, Hematocrito. H+, CHCO3, CTCO2, BE, BEACT, BESS, BB, pHST, CHCO3ST, pAO2, NCa, QS/QT, p50, sO2 (C), AaDO2, a/AO2, eAVDO2, AGOER, Hct (C), PAO2t, RItPHtPCO2t, H+t, AaDO2t. Temp de medición 37 + - 0,2ºC, Tipo de Muestra: Sangre Total, Plasma, Suero, Controles QC (Material Acuoso). Certificado FDA, CE. Muestras en Capilar y Jeringas. Reactivos, Controles, Calibradore e Insumos consumibles. Los equipos deben ser usados con 220 voltios, entre 50–60 HZ, y contar con UPS. Los equipos ofertados no deberán tener más de 3 (tres) años de uso.	Determinación	Unidad	1.500	46.488	46.488	Siemens	USA	69.732.000	139.464.000
2	41116120-001	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGI	Reactivos con equipo en comodato.	Determinación	Unidad	12.500	10.490	10.490	Siemens	USA	131.125.000	262.250.000

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos M. Espínola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

		CO	Equipo no mayor a tres años de fabricación. La tecnología debe permitir hacer lecturas ópticas de precisión láser o citometria de flujo, para glóbulos blancos con diferencial y análisis óptico tridimensional de eritrocitos, incluidos los reticulocitos. Identificación para las células anormales; análisis ópticos de dos ángulos para determinar el número y el tamaño de plaquetas. Con capacidad como mínimo 20 parámetros hematológicos y además ejecutar el conjunto de determinaciones básicas: hemograma completo, recuento de leucocitos y plaquetas, fórmula leucocitaria completa con análisis diferenciales de 5 partes en glóbulos blancos, y recuento automático de reticulocitos. Los equipos deben procesar un mínimo de 60 muestras por hora, con cantidades mínimas de muestra, dilución automática de muestras, panel de teclado con visor de resultado. Impresora automática de resultado, archivo de datos con sistemas informáticos. Software en español con lector de código de barra y modulo para interface con el sistema de laboratorio y/o SIH (Sistema Informático Hospitalario), con estabilizador de corriente UPS. Todos los reactivos e insumos que										

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			necesitan para el buen funcionamiento. Controles de calidad interno en tres niveles, alto, normal y bajo; y control externo. La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor, quien debe chequear previamente la instalación eléctricas, sistema de eliminación de residuos (cañería desagüe) del laboratorio y condiciones de climatización, respetando las normas de bioseguridad vigente para su adecuación según la necesidades del equipo. El proveedor debe suministrar fichas de mantenimiento diario, semanal y mensual para que el ususaario registre las observaciones referente al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo, servicio técnico permanente las 24 horas del día, incluyendo domingos y feriados. Debe brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel. Provisión de tubos con anticoagulante EDTA en cantidad igual que las determinaciones de hemograma solicitadas. Igualmente el proveedor deberá entregar en calidad de comodato un equipo homogeneizador de tubos por cada servicio.											

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 31/2013 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS" ID 266.718

3	41116105-126	GLICEMIA	REACTIVOS TODOS LIQUIDOS LISTO PARA USAR. Se requiere 1 (un) equipo en comodato, Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados por un Gestor de Módulos de Muestras, con equipos que tengan las siguientes mínimas características: De acceso aleatorio (Randomaccess) para análisis de química clínica y ensayos de inmunología integrados. Métodos fotométricos multicanal: Determinaciones inmunológicas, electrolitos (suero y orina), dosaje de drogas terapéuticas y drogas de abuso de última generación. Con un rendimiento de mínimo 500 test/hora fotométricos, 300 Test ISE/hora como mínimo y 100 det./hora de inmunoensayo como mínimo. Reactivos identificados por código de barras y listos para USAR, de la misma marca que el equipo ofertado. Verificación de la integridad de las muestras, incluyendo índices séricos, detección de coágulos y muestras insuficiente. El módulo de inmunología debe tener 20 reactivos a bordo mínimamente para cubrir la mayor cantidad de determinaciones. Provisión de calibradores, controles y consumibles necesarios conforme	Determinación	Unidad	7.500	5.376	5.376	Siemens	USA	40.320.000	80.640.000
4	41116105-083	REACTIVO PARA UREA		Determinación	Unidad	6.000	5.376	5.376	Siemens	USA	32.256.000	64.512.000
5	41116105-082	REACTIVO PARA CREATININA		Determinación	Unidad	6.000	5.376	5.376	Siemens	USA	32.256.000	64.512.000
6	41116105-077	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO		Determinación	Unidad	3.000	5.573	5.573	Siemens	USA	16.719.000	33.438.000
7	41116105-129	HDL COLESTEROL		Determinación	Unidad	2.000	5.900	5.900	Siemens	USA	11.800.000	23.600.000
8	41116105-079	REACTIVO PARA COLESTEROL		Determinación	Unidad	3.000	5.573	5.573	Siemens	USA	16.719.000	33.438.000
9	41116105-081	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS		Determinación	Unidad	3.000	5.573	5.573	Siemens	USA	16.719.000	33.438.000
10	41116105-127	GOT		Determinación	Unidad	5.000	5.573	5.573	Siemens	USA	27.865.000	55.730.000
11	41116105-128	GPT		Determinación	Unidad	5.000	5.573	5.573	Siemens	USA	27.865.000	55.730.000
12	41116105-159	FOSFATASA ALCALINA		Determinación	Unidad	5.000	5.573	5.573	Siemens	USA	27.865.000	55.730.000
13	41116105-123	BILIRRUBINA TOTAL		Determinación	Unidad	5.000	5.573	5.573	Siemens	USA	27.865.000	55.730.000
14	41116105-123	BILIRRUBINA DIRECTA		Determinación	Unidad	5.000	5.573	5.573	Siemens	USA	27.865.000	55.730.000
15	41116130-081	GAMMA GT		Determinación	Unidad	500	5.573	5.573	Siemens	USA	2.786.500	5.573.000
16	41116113-016	ALFA AMILASA		Determinación	Unidad	200	5.573	5.573	Siemens	USA	1.114.600	2.229.200
17	41116105-130	LDH		Determinación	Unidad	250	5.573	5.573	Siemens	USA	1.393.250	2.786.500
18	41116004-021	PROTEINAS TOTALES		Determinación	Unidad	500	5.573	5.573	Siemens	USA	2.786.500	5.573.000
19	41116105-403	ALBÚMINA		Determinación	Unidad	500	5.573	5.573	Siemens	USA	2.786.500	5.573.000
20	41113305-001	CALCIO		Determinación	Unidad	2.000	5.573	5.573	Siemens	USA	11.146.000	22.292.000
21	41116113-022	FÓSFORO		Determinación	Unidad	1.000	5.573	5.573	Siemens	USA	5.573.000	11.146.000
22	41116105-005	MAGNESIO		Determinación	Unidad	1.000	5.573	5.573	Siemens	USA	5.573.000	11.146.000
23	41116105-109	CK MB		Determinación	Unidad	500	5.573	5.573	Siemens	USA	2.786.500	5.573.000
24	41113305-002	CK TOTAL		Determinación	Unidad	500	5.573	5.573	Siemens	USA	2.786.500	5.573.000
25	41116004-020	PROTEINAS (Proteinuria)		Determinación	Unidad	200	5.573	5.573	Siemens	USA	1.114.600	2.229.200
26	41116012-001	PROTEINASLCR		Determinación	Unidad	100	5.573	5.573	Siemens	USA	557.300	1.114.600
27	41116109-002	HEMOGLOBINA GLICOSILADA		Determinación	Unidad	600	47.680	47.680	Siemens	USA	28.608.000	57.216.000
28	41116113-023	CARBAMACEPINA		Determinación	Unidad	100	53.640	53.640	Siemens	USA	5.364.000	10.728.000
29	41116113-048	FENITOINA		Determinación	Unidad	100	53.640	53.640	Siemens	USA	5.364.000	10.728.000
30	41116113-031	ACIDO VALPROICO		Determinación	Unidad	100	53.640	53.640	Siemens	USA	5.364.000	10.728.000
31	41116113-029	VANCOMICINA		Determinación	Unidad	100	53.640	53.640	Siemens	USA	5.364.000	10.728.000
32	41116113-026	FENOBARBITAL		Determinación	Unidad	100	53.640	53.640	Siemens	USA	5.364.000	10.728.000

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 31/2013 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS" ID 266.718

33	41116105-104	C3	necesidad del servicio. Repetición automática o manual de ensayo. Repetición automática se puede solicitar por el software. Tipos de muestras: suero, plasma, orina, LCR, sangre entera (solo para HbA1c). Volumen de muestras a ser utilizado en las determinaciones entre 1 a 50 microlitros. Volumen mínimo de muestras a ser cargados en el equipo. Detección automática de coágulo. Con disponibilidad de detección de muestras insuficiente y lectura de código de barra para todas las posiciones. Posición para urgencias. El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica queda a cargo del proveedor. En caso necesario provisión de un Equipo de Repuesto. Los equipos deben ser usados con 220 voltios, entre 50–60 HZ, y contar con UPS. El proveedor deberá encargarse del Servicio Técnico, mantenimiento preventivo, correctivo, capacitación al personal de laboratorio, Además de proveer los calibradores, controles e insumos para el buen desempeño del Equipo según necesidad del Servicio. Servicio técnico deberá realizar los mantenimientos periódicos, preventivos, correctivos y predictivos, que no dependan del	Determinación	Unidad	100	59.600	59.600	Siemens	USA	5.960.000	11.920.000
34	41116105-105	C4		Determinación	Unidad	100	59.600	59.600	Siemens	USA	5.960.000	11.920.000
35	41116105-284	TRANSFERRINA		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
36	41115819-009	Anti Hav-IgM (Hepatitis A)		Determinación	Unidad	200	39.336	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
37	41115819-005	Anti HBs cuantitativo		Determinación	Unidad	200	39.336	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
38	41116002-073	Reactivo hepatitis B (Antígeno de Superficie)		Determinación	Unidad	200	39.336	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
39	41116010-067	Reactivo para anticuerpo Core		Determinación	Unidad	200	39.336	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
40	41116002-008	HCV-acMet		Determinación	Unidad	200	39.336	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
41	41116002-997	REACTIVO PARA HIV		Determinación	Unidad	200	39.336	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
42	41116113-004	REACTIVO PARA TOXOPLASMOSIS IgG		Determinación	Unidad	1.000	39.336	39.336	Siemens	USA	39.336.000	78.672.000
43	41115819-003	TOXOIgM reactivo		Determinación	Unidad	1.000	39.336	39.336	Siemens	USA	39.336.000	78.672.000
44	41115819-001	RUBEOLA IgG		Determinación	Unidad	1.000	39.336	39.336	Siemens	USA	39.336.000	78.672.000
45	41115819-002	RUBEOLA IgM		Determinación	Unidad	1.000	39.336	39.336	Siemens	USA	39.336.000	78.672.000
46	41116126-016	Kits - Detección CitomegalovirusIgG		Determinación	Unidad	1.000	39.336	39.336	Siemens	USA	39.336.000	78.672.000
47	41116126-017	Kits - Detección CitomegalovirusIgM		Determinación	Unidad	1.000	39.336	39.336	Siemens	USA	39.336.000	78.672.000
48	41116010-008	IgE Reactivo		Determinación	Unidad	200	39.336	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
49	41116105-166	TROPONINA (I) cuantitativo		Determinación	Unidad	200	59.600	59.600	Siemens	USA	11.920.000	23.840.000
50	41111605-007	T3 REACTIVO		Determinación	Unidad	2.000	39.336	39.336	Siemens	USA	78.672.000	157.344.000
51	41116126-013	KITS - DETERMINACION DE T4		Determinación	Unidad	2.000	39.336	39.336	Siemens	USA	78.672.000	157.344.000
52	41111605-003	FT3 reactivo		Determinación	Unidad	2.000	39.336	39.336	Siemens	USA	78.672.000	157.344.000
53	41111605-006	FT4 reactivo		Determinación	Unidad	2.000	39.336	39.336	Siemens	USA	78.672.000	157.344.000
54	41116105-368	TSH Reactivo		Determinación	Unidad	2.000	39.336	39.336	Siemens	USA	78.672.000	157.344.000
55	41115819-010	VITAMNIA B12		Determinación	Unidad	200	39.336	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
56	41116105-606	REACTIVO ACIDO FOLICO		Determinación	Unidad	200	39.336	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
57	41116105-271	FERRITINA		Determinación	Unidad	200	39.336	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
58	41116105-400	ANTIGENOPROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Total		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
59	41116105-400	ANTIGENOPROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Libre		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
60	41113305-004	CA 125		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bion Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 31/2013 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS" ID 266.718

61	41113305-005	CA 15-3	usuario. El tiempo de respuesta dentro del horario de trabajo del laboratorio, menor a una hora desde el llamado a la empresa y con personal calificado. Conexión y transferencia de la información de los equipos autoanalizadores al sistema de gestión de laboratorio. El proveedor deberá entregar en comodato 2 (dos) centrifugas de 36 tubos o más, (para química clínica y para inmunología); así como los tubos en cantidades necesarias conforme a cantidad de pacientes que posea el servicio y a la necesidad del mismo. Con software de Gestión de Laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad, planilla de trabajo con las determinaciones a realizar, estadística de determinaciones y estadísticas de pacientes). Con todos los insumos necesarios, Hojas para resultados, cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados, tinta y/o tóner, rollos para etiquetas, etc. Sistema de gestión abarca las fases de pre-analítica, analítica y post-analítica brindando seguridad, posibilitando la automatización y proveyendo	Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
62	41113305-006	CA 19-9		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
63	41116004-026	CEA		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
64	41105333-003	ALFA FETO PROTEINA		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
65	41116010-004	AC. ANTI TIROGLOBULINA		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
66	41116105-305	TPO (anticuerpos)		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
67	41116105-078	REACTIVO PARA B HCG		Determinación	Unidad	200	39.336	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
68	41116105-594	CORTISOL		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
69	41116105-590	ESTRADIOL		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
70	41116010-041	FSH hormona folículo estimulante		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
71	41116105-163	REACTIVO LH		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
72	41116004-028	PROGESTERONA		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
73	41116126-014	KITS - DETERMINACION DE PROLACTINA		Determinación	Unidad	200	39.336	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
74	41116015-464	TESTOSTERONA REACTIVO		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
75	41116127-005	DHEA-SO4 dehidroepiandrosterona sulfato		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
76	41116113-032	BETA 2 MICROGLOBULINA		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
77	41116105-545	INSULINA		Determinación	Unidad	100	39.336	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
78	41116105-131	DIMERO D		Determinación	Unidad	100	103.704	103.704	Siemens	USA	10.370.400	20.740.800
79	41116003-011	ELECTROLITOS (Na, K, Cl)		Determinación	Unidad	2.000	8.940	8.940	Siemens	USA	17.880.000	35.760.000

Darío Instrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos F. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			información útil para la gestión diaria, así como la toma de decisiones, alta pacientes con tipo y Nº de documento como claves únicas de identificación de los mismos, Ingreso de Ordenes o Peticiones (Estudios, Perfiles, curvas), Impresión de códigos de barras en tiempo real para identificación de la documentación y las muestras correspondientes a la atención del paciente. Interfaces con analizadores que evitan el ingreso manual de los analitos a los equipos y posibiliten volcar los resultados de manera automatizada. Navegador de resultados donde los técnicos y bioquímicos podrán verificar los resultados recibidos, emisión de listados y estadísticas que ayudan en la gestión diaria. Envió de resultados por Mail o Fax para pacientes, integración Web, que permiten el acceso de Pacientes, Médicos y Usuarios a través de Internet para consultar resultados u otros datos. Asistencia técnica "on line" con el proveedor adjudicado.										
80	41116005-006	REACTIVO TP	REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE CRASIS SANGUINEA. Con equipo en comodato .Semiautomatizado de 4 a 6 canales de	Determinación	Unidad	2.500	8.344	8.344	Siemens	USA	20.860.000	41.720.000
81	41116005-007	REACTIVO TTPA		Determinación	Unidad	2.000	8.344	8.344	Siemens	USA	16.688.000	33.376.000

Darío Instrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos R. Española Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

82	41116113-001	REACTIVO DE FIBRINÓGENO	medición independiente. Método monitorización electromagnética de la formación del coágulo. Capacidad de incubación de 16 o más muestras. Deben incluir determinación de fibrinógeno con buffer de dilución de muestras, cefalina activada (TTPA) , cloruro de calcio, tromboplastina cálcica con buffer, controles, cubetas, esferas o barras magnéticas, Además mantenimiento, reparaciones, elementos consumibles (como papeles para la impresora del equipo). Almacenamiento de curva e impresión de las curvas de calibración. Servicio técnico y garantía de funcionamiento, en caso necesario, provisión de un equipo de repuesto. Controles, Calibradores y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo. El equipo ofertado no deberá tener más de 3 (tres) años de uso. Provisión de tubos con anticoagulante citrato de sodio en igual cantidad de las determinaciones solicitadas.	Determinación	Unidad	2.000	8.344	8.344	Siemens	USA	16.688.000	33.376.000

MONTO TOTAL LOTE 9: GS. 3.015.300.900.-

LOTE 10

Ítem	Código	Producto	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL MÍNIMO OFERTADO	TOTAL MÁXIMO OFERTADO

Darío Insfrán Sánchez, dém.
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos H. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

1	41115805-999	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO	Con equipo en comodato. Determinaciones para un analizador de mediciones de gases en sangre con electrolitos. Mínimas caracteísticas: Conectado al software de gestion del laboratorio, con lector de codigo de barras), electrodos libre de mantenimiento para determinaciones de electrolitos: Na, K, Cl y Ca. Para Gasometría pH, pCO2, pO2, Sat de O2, Hemoglobina total, Hematocrito. H+, CHCO3, CTCO2, BE, BEACT, BESS, BB, pHST, CHCO3ST, pAO2, NCa, QS/QT, p50, sO2 (C), AaDO2, a/AO2, eAVDO2, AGOER, Hct (C), PAO2t, RitPHtPCO2t, H+t, AaDO2t. Temp de medición 37 + - 0,2ºC, Tipo de Muestra: Sangre Total, Plasma, Suero, Controles QC (Material Acuoso). Certificado FDA, CE. Muestras en Capilar y Jeringas. Reactivos, Controles, Calibradore e Insumos consumibles. Los equipos deben ser usados con 220 voltios, entre 50–60 HZ, y contar con UPS. Los equipos ofertados no deberán tener más de 3 (tres) años de uso.	Determinación	Unidad	1.500	3.000	46.410	Siemens	USA	69.615.000	139.230.000
2	41116120-001	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGICO	Reactivos con equipo en comodato. Equipo no mayor a tres años de fabricación. La tecnología debe permitir hacer lecturas ópticas de precisión láser o citometría de flujo, para glóbulos blancos con diferencial y análisis óptico	Determinación	Unidad	15.000	30.000	10.472	Siemens	USA	157.080.000	314.160.000

Darío Instrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			tridimensional de eritrocitos, incluidos los reticulocitos. Identificación para las células anormales; análisis ópticos de dos ángulos para determinar el número y el tamaño de plaquetas. Con capacidad como mínimo 20 parámetros hematológicos y además ejecutar el conjunto de determinaciones básicas: hemograma completo, recuento de leucocitos y plaquetas, fórmula leucocitaria completa con análisis diferenciales de 5 partes en glóbulos blancos, y recuento automático de reticulocitos. Los equipos deben procesar un mínimo de 60 muestras por hora, con cantidades mínimas de muestra, dilución automática de muestras, panel de teclado con visor de resultado. Impresora automática de resultado, archivo de datos con sistemas informáticos. Software en español con lector de código de barra y modulo para interface con el sistema de laboratorio y/o SIH (Sistema Informático Hospitalario), con estabilizador de corriente UPS. Todos los reactivos e insumos que necesitan para el buen funcionamiento. Controles de calidad interno en tres niveles, alto, normal y bajo; y control externo. La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor, quien debe chequear										

Dario Instrón Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			previamente la instalación eléctricas, sistema de eliminación de residuos (cañería desagüe) del laboratorio y condiciones de climatización, respetando las normas de bioseguridad vigente para su adecuación según la necesidades del equipo. El proveedor debe suministrar fichas de mantenimiento diario, semanal y mensual para que el ususaario registre las observaciones referente al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo, servicio técnico permanente las 24 horas del dia, incluyendo domingos y feriados. Debe brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel. Provisión de tubos con anticoagulante EDTA en cantidad igual que las determinaciones de hemograma solicitadas. Igualmente el proveedor deberá entregar en calidad de comodato un equipo homogeneizador de tubos por cada servicio.										
3	41116105-126	GLICEMIA	REACTIVOS TODOS LIQUIDOS LISTO PARA USAR. Se requiere 1 (un) equipo en comodato, Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados por un Gestor de	Determinación	Unidad	7.500	15.000	5.367	Siemens	USA	40.252.500	80.505.000
4	41116105-083	REACTIVO PARA UREA		Determinación	Unidad	6.000	12.000	5.367	Siemens	USA	32.202.000	64.404.000
5	41116105-082	REACTIVO PARA CREATININA		Determinación	Unidad	6.000	12.000	5.367	Siemens	USA	32.202.000	64.404.000
6	41116105-077	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO		Determinación	Unidad	3.000	6.000	5.563	Siemens	USA	16.689.000	33.378.000
7	41116105-129	HDL COLESTEROL		Determinación	Unidad	2.000	4.000	5.891	Siemens	USA	11.782.000	23.564.000

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 31/2013 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS" ID 266.718

8	41116105-079	REACTIVO PARA COLESTEROL	Módulos de Muestras, con equipos que tengan las siguientes mínimas características: De acceso aleatorio (Randomaccess) para análisis de química clínica y ensayos de inmunología integrados. Métodos fotométricos multicanal: Determinaciones inmunológicas, electrolitos (suero y orina), dosaje de drogas terapéuticas y drogas de abuso de última generación. Con un rendimiento de mínimo 500 test/hora fotométricos, 300 Test ISE/hora como mínimo y 100 det./hora de inmunoensayo como mínimo. Reactivos identificados por código de barras y listos para USAR, de la misma marca que el equipo ofertado. Verificación de la integridad de las muestras, incluyendo índices séricos, detección de coágulos y muestras insuficiente. El módulo de inmunología debe tener 20 reactivos a bordo mínimamente para cubrir la mayor cantidad de determinaciones. Provisión de calibradores, controles y consumibles necesarios conforme necesidad del servicio. Repetición automática o manual de ensayo. Repetición automática se puede solicitar por el software. Tipos de muestras: suero, plasma, orina,	Determinación	Unidad	3.000	6.000	5.563	Siemens	USA	16.689.000	33.378.000
9	41116105-081	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS		Determinación	Unidad	3.000	6.000	5.563	Siemens	USA	16.689.000	33.378.000
10	41116105-127	GOT		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.563	Siemens	USA	27.815.000	55.630.000
11	41116105-128	GPT		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.563	Siemens	USA	27.815.000	55.630.000
12	41116105-159	FOSFATASA ALCALINA		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.563	Siemens	USA	27.815.000	55.630.000
13	41116105-123	BILIRRUBINA TOTAL		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.563	Siemens	USA	27.815.000	55.630.000
14	41116105-123	BILIRRUBINA DIRECTA		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.563	Siemens	USA	27.815.000	55.630.000
15	41116130-081	GAMMA GT		Determinación	Unidad	500	1.000	5.563	Siemens	USA	2.781.500	5.563.000
16	41116113-016	ALFA AMILASA		Determinación	Unidad	200	400	5.563	Siemens	USA	1.112.600	2.225.200
17	41116105-130	LDH		Determinación	Unidad	250	500	5.563	Siemens	USA	1.390.750	2.781.500
18	41116004-021	PROTEINAS TOTALES		Determinación	Unidad	500	1.000	5.563	Siemens	USA	2.781.500	5.563.000
19	41116105-403	ALBÚMINA		Determinación	Unidad	500	1.000	5.563	Siemens	USA	2.781.500	5.563.000
20	41113305-001	CALCIO		Determinación	Unidad	2.000	4.000	5.563	Siemens	USA	11.126.000	22.252.000
21	41116113-022	FÓSFORO		Determinación	Unidad	1.000	2000	5.563	Siemens	USA	5.563.000	11.126.000
22	41116105-005	MAGNESIO		Determinación	Unidad	1.000	2000	5.563	Siemens	USA	5.563.000	11.126.000
23	41116105-109	CK MB		Determinación	Unidad	500	1.000	5.563	Siemens	USA	2.781.500	5.563.000
24	41113305-002	CK TOTAL		Determinación	Unidad	500	1.000	5.563	Siemens	USA	2.781.500	5.563.000
25	41116004-020	PROTEINAS (Proteinuria)		Determinación	Unidad	200	400	5.563	Siemens	USA	1.112.600	2.225.200
26	41116012-001	PROTEINASLCR		Determinación	Unidad	100	200	5.563	Siemens	USA	556.300	1.112.600
27	41116109-002	HEMOGLOBINA GLICOSILADA		Determinación	Unidad	600	1.200	47.600	Siemens	USA	28.560.000	57.120.000
28	41116105-104	C3		Determinación	Unidad	200	400	59.500	Siemens	USA	11.900.000	23.800.000
29	41116105-105	C4		Determinación	Unidad	200	400	59.500	Siemens	USA	11.900.000	23.800.000
30	41116105-284	TRANSFERRINA		Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000
31	41115819-009	Anti Hav-IgM (Hepatitis A)		Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000
32	41115819-005	Anti HBs cuantitativo		Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000
33	41116002-073	Reactivo hepatitis B (Antígeno de Superficie)		Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000
34	41116010-067	Reactivo para anticuerpo CoreIgG + IgM-HB		Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000
35	41116002-008	HCV-acMet		Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000
36	41116002-997	REACTIVO PARA HIV		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 31/2013 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS" ID 266.718

37	41116113-004	REACTIVO PARA TOXOPLASMOSIS IgG	LCR, sangre entera (solo para HbA1c). Volumen de muestras a ser utilizado en las determinaciones entre 1 a 50 microlitros. Volumen mínimo de muestras a ser cargados en el equipo. Detección automática de coágulo. Con disponibilidad de detección de muestras insuficiente y lectura de código de barra para todas las posiciones. Posición para urgencias. El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica queda a cargo del proveedor. En caso necesario provisión de un Equipo de Repuesto. Los equipos deben ser usados con 220 voltios, entre 50–60 HZ, y contar con UPS. El proveedor deberá encargarse del Servicio Técnico, mantenimiento preventivo, correctivo, capacitación al personal de laboratorio, Además de proveer los calibradores, controles e insumos para el buen desempeño del Equipo según necesidad del Servicio. Servicio técnico deberá realizar los mantenimientos periódicos, preventivos, correctivos y predictivos, que no dependan del usuario. El tiempo de respuesta dentro del horario de trabajo del laboratorio, menor a una hora desde el llamado a la empresa y con personal calificado.	Determinación	Unidad	500	1.000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
38	41115819-003	TOXOIgM reactivo		Determinación	Unidad	500	1.000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
39	41115819-001	RUBEOLA IgG		Determinación	Unidad	500	1.000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
40	41115819-002	RUBEOLA IgM		Determinación	Unidad	500	1.000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
41	41116126-016	Kits - Detección Citomegalovirus IgG		Determinación	Unidad	500	1.000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
42	41116126-017	Kits - Detección Citomegalovirus IgM		Determinación	Unidad	500	1.000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
43	41116010-008	IgE Reactivo		Determinación	Unidad	1.000	2000	39.270	Siemens	USA	39.270.000	78.540.000
44	41116105-166	TROPONINA (I) cuantitativo		Determinación	Unidad	200	400	59.500	Siemens	USA	11.900.000	23.800.000
45	41111605-007	T3 REACTIVO		Determinación	Unidad	500	1.000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
46	41116126-013	KITS - DETERMINACION DE T4		Determinación	Unidad	500	1.000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
47	41111605-003	FT3 reactivo		Determinación	Unidad	500	1.000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
48	41111605-006	FT4 reactivo		Determinación	Unidad	500	1.000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
49	41116105-368	TSH Reactivo		Determinación	Unidad	500	1.000	39.270	Siemens	USA	19.635.000	39.270.000
50	41115819-010	VITAMNIA B12		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
51	41116105-606	REACTIVO ACIDO FOLICO		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
52	41116105-271	FERRITINA		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
53	41116105-400	ANTIGENOPROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Total		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
54	41116105-400	ANTIGENOPROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Libre		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
55	41113305-004	CA 125		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
56	41113305-005	CA 15-3		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
57	41113305-006	CA 19-9		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
58	41116004-026	CEA		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
59	41105333-003	ALFA FETOPROTEINA		Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000
60	41116010-004	AC. ANTITIROGLOBULINA		Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000
61	41116105-305	TPO (anticuerpos)		Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000
62	41116105-078	REACTIVO PARA B HCG		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
63	41116105-594	CORTISOL		Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000
64	41116105-590	ESTRADIOL		Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000

Dario Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Abogado
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 31/2013 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS" ID 266.718

65	41116010-041	FSH hormona folículo estimulante	Conexión y transferencia de la información de los equipos autoaanalizadores al sistema de gestión de laboratorio. El proveedor deberá entregar en comodato 2 (dos) centrífugas de 36 tubos o más, (para química clínica y para inmunología); así como los tubos en cantidades necesarias conforme a cantidad de pacientes que posea el servicio y a la necesidad del mismo. Con software de Gestión de Laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad, planilla de trabajo con las determinaciones a realizar, estadística de determinaciones y estadísticas de pacientes). Con todos los insumos necesarios, Hojas para resultados, cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados, tinta y/o tóner, rollos para etiquetas, etc. Sistema de gestión abarca las fases de pre-analítica, analítica y post-analítica brindando seguridad, posibilitando la automatización y proveyendo información útil para la gestión diaria, así como la toma de decisiones, alta pacientes con tipo y Nº de documento como claves únicas de identificación de los mismos,	Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000
66	41116105-163	REACTIVO LH		Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000
67	41116004-028	PROGESTERONA		Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000
68	41116126-014	KITS - DETERMINACION DE PROLACTINA		Determinación	Unidad	200	400	39.270	Siemens	USA	7.854.000	15.708.000
69	41116015-464	TESTOSTERONA REACTIVO		Determinación	Unidad	100	200	39.270	Siemens	USA	3.927.000	7.854.000
70	41116105-131	DIMERO D		Determinación	Unidad	100	200	103.530	Siemens	USA	10.353.000	20.706.000
71	41116003-011	ELECTROLITOS (Na, K, Cl)		Determinación	Unidad	2.000	4.000	8.925	Siemens	USA	17.850.000	35.700.000

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos J. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			Ingreso de Ordenes o Peticiones (Estudios, Perfiles, curvas), Impresión de códigos de barras en tiempo real para identificación de la documentación y las muestras correspondientes a la atención del paciente. Interfaces con analizadores que evitan el ingreso manual de los analitos a los equipos y posibiliten volcar los resultados de manera automatizada. Navegador de resultados donde los técnicos y bioquímicos podrán verificar los resultados recibidos, emisión de listados y estadísticas que ayudan en la gestión diaria. Envió de resultados por Mail o Fax para pacientes, integración Web, que permiten el acceso de Pacientes, Médicos y Usuarios a través de Internet para consultar resultados u otros datos. Asistencia técnica "on line" con el proveedor adjudicado.										
72	41116005-006	REACTIVO TP	REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE CRASIS SANGUINEA. Con equipo en comodato .Semiautomatizado de 4 a 6 canales de medición independiente. Método monitorización electromagnética de la formación del coágulo. Capacidad de incubación de 16 o más muestras. Deben incluir determinación de fibrinógeno con buffer de dilución de muestras, cefalina activada	Determinación	Unidad	2.500	5.000	8.330	Siemens	USA	20.825.000	41.650.000
73	41116005-007	REACTIVO TTPA		Determinación	Unidad	2.000	4.000	8.330	Siemens	USA	16.660.000	33.320.000
74	41116113-001	REACTIVO DE FIBRINÓGENO		Determinación	Unidad	2.000	4.000	8.330	Siemens	USA	16.660.000	33.320.000

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos M. Espínola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			(TTPA) , cloruro de calcio, tromboplastina cálcica con buffer, controles, cubetas, esferas o barras magnéticas, Además mantenimiento, reparaciones, elementos consumibles (como papeles para la impresora del equipo). Almacenamiento de curva e impresión de las curvas de calibración. Servicio técnico y garantía de funcionamiento, en caso necesario, provisión de un equipo de repuesto. Controles, Calibradores y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo. El equipo ofertado no deberá tener más de 3 (tres) años de uso. Provisión de tubos con anticoagulante citrato de sodio en igual cantidad de las determinaciones solicitadas.										

MONTO TOTAL LOTE 10: GS. 2.255.246.500.-

LOTE 11

Ítem	Código	Producto	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL MÍNIMO OFERTADO	TOTAL MÁXIMO OFERTADO
1	41115805-999	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO	Con equipo en comodato. Determinaciones para un analizador de mediciones de gases en sangre con electrolitos. Mínimas caracteísticas: Conectado al software de gestion del laboratorio, con lector de codigo de barras), electrodos libre de mantenimiento para determinaciones de electrolitos: Na, K, Cl y Ca. Para Gasometría pH, pCO2, pO2, Sat de O2, Hemoglobina total, Hematocrito. H+,	Determinación	Unidad	1.000	2.000	46.488	Siemens	USA	46.488.000	92.976.000

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Bioq. Carlos A. Espínola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			CHCO3, CTCO2, BE, BEACT, BESS, BB, pHST, CHCO3ST, pAO2, NCa, QS/QT, p50, sO2 (C), AaDO2, a/AO2, eAVDO2, AGOER, Hct (C), PAO2t, RItPHtPCO2t, H+t, AaDO2t. Temp de medición 37 + - 0,2ºC, Tipo de Muestra: Sangre Total, Plasma, Suero, Controles QC (Material Acuoso). Certificado FDA, CE. Muestras en Capilar y Jeringas. Reactivos, Controles, Calibradore e Insumos consumibles. Los equipos deben ser usados con 220 voltios, entre 50–60 HZ, y contar con UPS. Los equipos ofertados no deberán tener más de 3 (tres) años de uso.									
2	41116120-001	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGICO	Reactivos con equipo en comodato. Equipo no mayor a tres años de fabricación. La tecnología debe permitir hacer lecturas ópticas de precisión láser o citometria de flujo, para glóbulos blancos con diferencial y análisis óptico tridimensional de eritrocitos, incluidos los reticulocitos. Identificación para las células anormales; análisis ópticos de dos ángulos para determinar el número y el tamaño de plaquetas. Con capacidad como mínimo 20 parámetros hematológicos y además ejecutar el conjunto de determinaciones básicas: hemograma completo, recuento de leucocitos y plaquetas, fórmula leucocitaria completa con	Determinación	Unidad	10.000	20.000	10.490	Siemens	USA	104.900.000	209.800.000

Darío Instrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			análisis diferenciales de 5 partes en glóbulos blancos, y recuento automático de reticulocitos. Los equipos deben procesar un mínimo de 60 muestras por hora, con cantidades mínimas de muestra, dilución automática de muestras, panel de teclado con visor de resultado. Impresora automática de resultado, archivo de datos con sistemas informáticos. Software en español con lector de código de barra y modulo para interface con el sistema de laboratorio y/o SIH (Sistema Informático Hospitalario), con estabilizador de corriente UPS. Todos los reactivos e insumos que necesitan para el buen funcionamiento. Controles de calidad interno en tres niveles, alto, normal y bajo; y control externo. La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor, quien debe chequear previamente la instalación eléctricas, sistema de eliminación de residuos (cañería desagüe) del laboratorio y condiciones de climatización, respetando las normas de bioseguridad vigente para su adecuación según la necesidades del equipo. El proveedor debe suministrar fichas de mantenimiento diario, semanal y mensual para que el ususaario registre las observaciones referente al funcionamiento											

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos M. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo, servicio técnico permanente las 24 horas del día, incluyendo domingos y feriados. Debe brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel. Provisión de tubos con anticoagulante EDTA en cantidad igual que las determinaciones de hemograma solicitadas. Igualmente el proveedor deberá entregar en calidad de comodato un equipo homogeneizador de tubos por cada servicio.										
3	41116105-126	GLICEMIA	REACTIVOS TODOS LIQUIDOS LISTO PARA USAR. Se requiere 1 (un) equipo en comodato, Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados por un Gestor de Módulos de Muestras, con equipos que tengan las siguientes mínimas características: De acceso aleatorio (Randomaccess) para análisis de química clínica y ensayos de inmunología integrados. Métodos fotométricos multicanal: Determinaciones inmunológicas, electrolitos (suero y orina), dosaje de drogas terapéuticas y drogas de abuso de última generación. Con un rendimiento	Determinación	Unidad	6.000	12.000	5.376	Siemens	USA	32.256.000	64.512.000
4	41116105-083	REACTIVO PARA UREA		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.376	Siemens	USA	26.880.000	53.760.000
5	41116105-082	REACTIVO PARA CREATININA		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.376	Siemens	USA	26.880.000	53.760.000
6	41116105-077	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO		Determinación	Unidad	2.500	5.000	5.573	Siemens	USA	13.932.500	27.865.000
7	41116105-129	HDL COLESTEROL		Determinación	Unidad	2.000	4.000	5.900	Siemens	USA	11.800.000	23.600.000
8	41116105-079	REACTIVO PARA COLESTEROL		Determinación	Unidad	2.500	5.000	5.573	Siemens	USA	13.932.500	27.865.000
9	41116105-081	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS		Determinación	Unidad	2.500	5.000	5.573	Siemens	USA	13.932.500	27.865.000
10	41116105-127	GOT		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.573	Siemens	USA	27.865.000	55.730.000
11	41116105-128	GPT		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.573	Siemens	USA	27.865.000	55.730.000
12	41116105-159	FOSFATASA ALCALINA		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.573	Siemens	USA	27.865.000	55.730.000
13	41116105-123	BILIRRUBINA TOTAL		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.573	Siemens	USA	27.865.000	55.730.000
14	41116105-123	BILIRRUBINA DIRECTA		Determinación	Unidad	5.000	10.000	5.573	Siemens	USA	27.865.000	55.730.000
15	41116130-081	GAMMA GT		Determinación	Unidad	500	1.000	5.573	Siemens	USA	2.786.500	5.573.000
16	41116113-016	ALFA AMILASA		Determinación	Unidad	200	400	5.573	Siemens	USA	1.114.600	2.229.200
17	41116105-130	LDH		Determinación	Unidad	250	500	5.573	Siemens	USA	1.393.250	2.786.500

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 31/2013 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS" ID 266.718

18	41116004-021	PROTEINAS TOTALES	de mínimo 500 test/hora fotométricos, 300 Test ISE/hora como mínimo y 100 det./hora de inmunoensayo como mínimo. Reactivos identificados por código de barras y listos para USAR, de la misma marca que el equipo ofertado. Verificación de la integridad de las muestras, incluyendo índices séricos, detección de coágulos y muestras insuficiente. El módulo de inmunología debe tener 20 reactivos a bordo mínimamente para cubrir la mayor cantidad de determinaciones. Provisión de calibradores, controles y consumibles necesarios conforme necesidad del servicio. Repetición automática o manual de ensayo. Repetición automática se puede solicitar por el software. Tipos de muestras: suero, plasma, orina, LCR, sangre entera (solo para HbA1c). Volumen de muestras a ser utilizado en las determinaciones entre 1 a 50 microlitros. Volumen mínimo de muestras a ser cargados en el equipo. Detección automática de coágulo. Con disponibilidad de detección de muestras insuficiente y lectura de código de barra para todas las posiciones. Posición para urgencias. El servicio de mantenimiento	Determinación	Unidad	500	1.000	5.573	Siemens	USA	2.786.500	5.573.000
19	41116105-403	ALBÚMINA		Determinación	Unidad	500	1.000	5.573	Siemens	USA	2.786.500	5.573.000
20	41113305-001	CALCIO		Determinación	Unidad	2.000	4.000	5.573	Siemens	USA	11.146.000	22.292.000
21	41116113-022	FÓSFORO		Determinación	Unidad	1.000	2000	5.573	Siemens	USA	5.573.000	11.146.000
22	41116105-005	MAGNESIO		Determinación	Unidad	1.000	2000	5.573	Siemens	USA	5.573.000	11.146.000
23	41116105-109	CK MB		Determinación	Unidad	500	1.000	5.573	Siemens	USA	2.786.500	5.573.000
24	41113305-002	CK TOTAL		Determinación	Unidad	500	1.000	5.573	Siemens	USA	2.786.500	5.573.000
25	41116004-020	PROTEINAS (Proteinuria)		Determinación	Unidad	200	400	5.573	Siemens	USA	1.114.600	2.229.200
26	41116012-001	PROTEINASLCR		Determinación	Unidad	100	200	5.573	Siemens	USA	557.300	1.114.600
27	41116109-002	HEMOGLOBIN A GLICOSILADA		Determinación	Unidad	600	1.200	47.680	Siemens	USA	28.608.000	57.216.000
28	41116105-104	C3		Determinación	Unidad	100	200	59.600	Siemens	USA	5.960.000	11.920.000
29	41116105-105	C4		Determinación	Unidad	100	200	59.600	Siemens	USA	5.960.000	11.920.000
30	41116105-284	TRANSFERRIN A		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
31	41115819-009	Anti Hav-IgM (Hepatitis A)		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
32	41115819-005	Anti HBs cuantitativo		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
33	41116002-073	Reactivo hepatitis B (Antígeno de Superficie)		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
34	41116010-067	Reactivo para anticuerpo Core		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
35	41116002-008	HCV-acMet		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
36	41116002-997	REACTIVO PARA HIV		Determinación	Unidad	200	400	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
37	41116113-004	REACTIVO PARA TOXOPLASMOSIS IgG		Determinación	Unidad	1.300	2.600	39.336	Siemens	USA	51.136.800	102.273.600
38	41115819-003	TOXOIgM reactivo		Determinación	Unidad	1.300	2.600	39.336	Siemens	USA	51.136.800	102.273.600
39	41115819-001	RUBEOLA IgG		Determinación	Unidad	1.300	2.600	39.336	Siemens	USA	51.136.800	102.273.600
40	41115819-002	RUBEOLA IgM		Determinación	Unidad	1.300	2.600	39.336	Siemens	USA	51.136.800	102.273.600
41	41116126-016	Kits - Detección Citomegalovirus IgG		Determinación	Unidad	1.300	2.600	39.336	Siemens	USA	51.136.800	102.273.600
42	41116126-017	Kits - Detección Citomegalovirus IgM		Determinación	Unidad	1.300	2.600	39.336	Siemens	USA	51.136.800	102.273.600
43	41116010-008	IgE Reactivo		Determinación	Unidad	200	400	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
44	41116105-166	TROPONINA (I) cuantitativo		Determinación	Unidad	100	200	59.600	Siemens	USA	5.960.000	11.920.000
45	41111605-007	T3 REACTIVO		Determinación	Unidad	2.000	4.000	39.336	Siemens	USA	78.672.000	157.344.000
46	41116126-013	KITS - DETERMINACION DE T4		Determinación	Unidad	2.000	4.000	39.336	Siemens	USA	78.672.000	157.344.000

...ustran Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 31/2013 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS" ID 266.718

47	41111605-003	FT3 reactivo	preventivo, correctivo y asistencia técnica queda a cargo del proveedor. En caso necesario provisión de un Equipo de Repuesto. Los equipos deben ser usados con 220 voltios, entre 50–60 HZ, y contar con UPS. El proveedor deberá encargarse del Servicio Técnico, mantenimiento preventivo, correctivo, capacitación al personal de laboratorio, Además de proveer los calibradores, controles e insumos para el buen desempeño del Equipo según necesidad del Servicio. Servicio técnico deberá realizar los mantenimientos periódicos, preventivos, correctivos y predictivos, que no dependan del usuario. El tiempo de respuesta dentro del horario de trabajo del laboratorio, menor a una hora desde el llamado a la empresa y con personal calificado. Conexión y transferencia de la información de los equipos autoaanalizadores al sistema de gestión de laboratorio. El proveedor deberá entregar en comodato 2 (dos) centrífugas de 36 tubos o más, (para química clínica y para inmunología); así como los tubos en cantidades necesarias conforme a cantidad de pacientes que posea el servicio y a la necesidad del mismo. Con software de Gestión de Laboratorio. El sistema debe	Determinación	Unidad	2.000	4.000	39.336	Siemens	USA	78.672.000	157.344.000
48	41111605-006	FT4 reactivo		Determinación	Unidad	2.000	4.000	39.336	Siemens	USA	78.672.000	157.344.000
49	41116105-368	TSH Reactivo		Determinación	Unidad	2.000	4.000	39.336	Siemens	USA	78.672.000	157.344.000
50	41115819-010	VITAMNIA B12		Determinación	Unidad	200	400	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
51	41116105-606	REACTIVO ACIDO FOLICO		Determinación	Unidad	200	400	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
52	41116105-271	FERRITINA		Determinación	Unidad	200	400	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
53	41116105-400	ANTIGENOPROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Total		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
54	41116105-400	ANTIGENOPROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Libre		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
55	41113305-004	CA 125		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
56	41113305-005	CA 15-3		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
57	41113305-006	CA 19-9		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
58	41116004-026	CEA		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
59	41105333-003	ALFA FETO PROTEINA		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
60	41116010-004	AC. ANTI TIROGLOBULINA		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
61	41116105-305	TPO (anticuerpos)		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
62	41116105-078	REACTIVO PARA B HCG		Determinación	Unidad	200	400	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
63	41116105-594	CORTISOL		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
64	41116105-590	ESTRADIOL		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
65	41116010-041	FSH hormona folículo estimulante		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
66	41116105-163	REACTIVO LH		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
67	41116004-028	PROGESTERONA		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
68	41116126-014	KITS - DETERMINACION DE PROLACTINA		Determinación	Unidad	200	400	39.336	Siemens	USA	7.867.200	15.734.400
69	41116015-464	TESTOSTERONA REACTIVO		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
70	41116127-005	DHEA-SO4 dehidroepiandrosterona sulfato		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
71	41116113-032	BETA 2 MICROGLOBULINA		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
72	41116105-545	INSULINA		Determinación	Unidad	100	200	39.336	Siemens	USA	3.933.600	7.867.200
73	41116003-011	ELECTROLITOS (Na, K, Cl)		Determinación	Unidad	2.000	4.000	8.940	Siemens	USA	17.880.000	35.760.000
74	41116105-131	DIMERO D		Determinación	Unidad	100	200	103.704	Siemens	USA	10.370.400	20.740.800

Dario Instrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espinola Morales
Asesor
Asesoria Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad, planilla de trabajo con las determinaciones a realizar, estadística de determinaciones y estadísticas de pacientes). Con todos los insumos necesarios, Hojas para resultados, cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados, tinta y/o tóner, rollos para etiquetas, etc. Sistema de gestión abarca las fases de pre-analítica, analítica y post-analítica brindando seguridad, posibilitando la automatización y proveyendo información útil para la gestión diaria, así como la toma de decisiones, alta pacientes con tipo y Nº de documento como claves únicas de identificación de los mismos, Ingreso de Ordenes o Peticiones (Estudios, Perfiles, curvas), impresión de códigos de barras en tiempo real para identificación de la documentación y las muestras correspondientes a la atención del paciente. Interfaces con analizadores que evitan el ingreso manual de los analitos a los equipos y posibiliten volcar los resultados de manera automatizada. Navegador de resultados donde los técnicos y bioquímicos											

Dr. Oscar Insfran Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos J. Espinola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			podrán verificar los resultados recibidos, emisión de listados y estadísticas que ayudan en la gestión diaria. Envió de resultados por Mail o Fax para pacientes, integración Web, que permiten el acceso de Pacientes, Médicos y Usuarios a través de Internet para consultar resultados u otros datos. Asistencia técnica "on line" con el proveedor adjudicado.									
75	41116005-006	REACTIVO TP	REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE CRASIS SANGUINEA. Con equipo en comodato .Semiautomatizado de 4 a 6 canales de medición independiente. Método monitorización electromagnética de la formación del coágulo. Capacidad de incubación de 16 o más muestras. Deben incluir determinación de fibrinógeno con buffer de dilución de muestras, cefalina activada (TTPA) , cloruro de calcio, tromboplastina cálcica con buffer, controles, cubetas, esferas o barras magnéticas, Además mantenimiento, reparaciones, elementos consumibles (como papeles para la impresora del equipo). Almacenamiento de curva e impresión de las curvas de calibración. Servicio técnico y garantía de funcionamiento, en caso necesario, provisión de un equipo de repuesto.	Determinación	Unidad	2.500	5.000	8.344	Siemens	USA	20.860.000	41.720.000
76	41116005-007	REACTIVO TTPA		Determinación	Unidad	2.000	4.000	8.344	Siemens	USA	16.688.000	33.376.000
77	41116113-001	REACTIVO DE FIBRINÓGENO		Determinación	Unidad	2.000	4.000	8.344	Siemens	USA	16.688.000	33.376.000

Dario Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			Controles, Calibradores y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo. El equipo ofertado no deberá tener más de 3 (tres) años de uso. Provisión de tubos con anticoagulante citrato de sodio en igual cantidad de las determinaciones solicitadas.									

MONTO TOTAL LOTE 11: GS. 2.898.725.500.-

LOTE 20

Ítem	Código	Producto	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL MÍNIMO OFERTADO	TOTAL MÁXIMO OFERTADO
1	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automaticas	Amarillas. Descartables, para volumenes de 10 A 200 microlitros, BOLSA X 1000 unidades como mínimo	Bolsa	unidad	36	72	40.000	Labbox	España	1.440.000	2.880.000

MONTO TOTAL LOTE 20: GS. 2.880.000.-

LOTE24

Ítem	Código	Producto	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL MÍNIMO OFERTADO	TOTAL MÁXIMO OFERTADO
1	41116130-371	Compuesto Vibriostatico	COMPUESTO VIBRIOSTATICO 0129. Discos para identificacion bacteriana. Con certificado de calidad del pais de origen y aprobacion de los controles internos y externos de calidad ,Tubo x 50 a 60 discos, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del producto.	Unidad	Tubo x 50 a 60 discos	1	1	278.000	Biorad	USA	278.000	278.000

MONTO TOTAL LOTE 24: GS. 278.000.-

LOTE41

Ítem	Código	Producto	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL MÍNIMO OFERTADO	TOTAL MÁXIMO OFERTADO
1	41122108-006	Ansa recta	Ansa bacterilogica recta en punta.	Unidad	Tubo x 10 unidades como minimo	2	5	78.420	Labbox	España	156.840	392.100

MONTO TOTAL LOTE 41: GS. 392.100.-

LOTE57

Ítem	Código	Producto	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL MÍNIMO OFERTADO	TOTAL MÁXIMO OFERTADO
1	41121701-003	Tubo de plastico	Tubos de poliestireno. PARA CULTIVO CELULAR	Unidad	Bolsa x 70-75 unidades	2	5	1.207.500	Fisher /Nunc /CAM	USA	2.415.000	6.037.500

Darío Instrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espinola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

			estériles de lado plano, área de crecimiento de 5,5 cm2, 110 mm de longitud x 16 mm de diámetro, con tapa rosca, sin filtro, para cultivo celular.									

MONTO TOTAL LOTE 57: GS. 6.037.500.-

LOTE59

Ítem	Código	Producto	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL MÍNIMO OFERTADO	TOTAL MÁXIMO OFERTADO
1	41116015-9950	Sodio MalonatoP.A	(Droga Pura) Las Drogas deben tener 99,9% de pureza, certificada por la autoridad sanitaria del pais de origen, verificado mediante el control de calidad interno .	Unidad	Frasco x 100 g. como minimo	1	1	1.383.030	Sigma	USA	1.383.030	1.383.030

MONTO TOTAL LOTE 59: GS. 1.383.030.-

LOTE75

Ítem	Código	Producto	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL MÍNIMO OFERTADO	TOTAL MÁXIMO OFERTADO
1	41116015-9896	Iodato de Sodio Droga Pura	DROGA PURA. Para extraccion, coloracion y capa delgada. Con certificado de calidad de origen, experiencia satisfactoria de uso, aprobacion de controles de calidad interno y externo.	Unidad	Frasco x 500 a 600 gr.	1	1	2.621.000	Sigma	USA	2.621.000	2.621.000

MONTO TOTAL LOTE 75: GS. 2.621.000.-

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

			estériles de lado plano, área de crecimiento de 5,5 cm2, 110 mm de longitud x 16 mm de diámetro, con tapa rosca, sin filtro, para cultivo celular.									

MONTO TOTAL LOTE 57: GS. 6.037.500.-

LOTE59

Ítem	Código	Producto	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL MÍNIMO OFERTADO	TOTAL MÁXIMO OFERTADO
1	41116015-9950	Sodio MalonatoP.A	(Droga Pura) Las Drogas deben tener 99,9% de pureza, certificada por la autoridad sanitaria del pais de origen, verificado mediante el control de calidad interno .	Unidad	Frasco x 100 g. como minimo	1	1	1.383.030	Sigma	USA	1.383.030	1.383.030

MONTO TOTAL LOTE 59: GS. 1.383.030.-

LOTE75

Ítem	Código	Producto	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL MÍNIMO OFERTADO	TOTAL MÁXIMO OFERTADO
1	41116015-9896	Iodato de Sodio Droga Pura	DROGA PURA. Para extraccion, coloracion y capa delgada. Con certificado de calidad de origen, experiencia satisfactoria de uso, aprobacion de controles de calidad interno y externo.	Unidad	Frasco x 500 a 600 gr.	1	1	2.621.000	Sigma	USA	2.621.000	2.621.000

MONTO TOTAL LOTE 75: GS. 2.621.000.-

LOTE 80

Ítem	Código	Producto	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL MÍNIMO OFERTADO	TOTAL MÁXIMO OFERTADO
1	41116015-9969	FenolftaleinaDisulfatoTripotasio	PHENOLPHTALEINDISULFATETRIPOTASIUM SALT. Con certificado de calidad de origen.	Unidad	Frasco x 250 A 300 g	1	1	3.209.820	Across Scientific/CAM	USA	3.209.820	3.209.820

MONTO TOTAL LOTE 80: GS. 3.209.820.-

LOTE82

Ítem	Código	Producto	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL MÍNIMO OFERTADO	TOTAL MÁXIMO OFERTADO
1	41116130-9984	Caldo (Acido Oleico + albumina + dextrosa + catalasa)	CALDO OADC (Acidooleico,albumina , dextosa, catalasa) Con certificado de calidad de origen.	Unidad	Paquetes x 6 a 8 Viales de 20 a 100 ml.	1	1	2.527.650	Sigma	USA	2.527.650	2.527.650

MONTO TOTAL LOTE 82: GS. 2.527.650.-

LOTE83

Ítem	Código	Producto	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL MÍNIMO OFERTADO	TOTAL MÁXIMO OFERTADO

Darío Instrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES / M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

1	41121511-018	Pipeta multicanal	PIPETA AUTOMATICA MULTICANAL GRADUABLE, de 12 canales, graduable de 30 a 300 microlitros, con soporte individual. Con certificado de calidad de origen y compatible con equpo disponible en el servicio de SP.	Unidad	unidad	1	1	7.137.720	Auxilab	España	7.137.720	7.137.720

MONTO TOTAL LOTE 83: GS. 7.137.720.-

CUADRO DE RESUMEN GENERAL

PROVEEDOR	LOTES	MONTO TOTAL
BIOANÁLISIS S.R.L.	1, 3, 4, 7, 8, 12, 21, 32 y 33.-	16.598.570.000.-
CHACO INTERNACIONAL S.A.	40, 45, 47, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 88, 90, 91, 92, 93 y 94.-	204.502.000.-
GTSCIENTIFIC S.A.	5, 6, 9, 10, 11, 20, 24, 41, 57, 59, 75, 80, 82 y 83.-	13.516.399.320.-
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.	13, 14, 15, 16 y 19.-	1.780.968.000.-
INDEXS.A.C.I.	2, 84, 85, 86 y 87.-	2.372.505.300.-
	TOTAL	**34.472.944.620.-**

SON GUARANÍES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE.----------

Los demás puntos no afectados por la presente, permanecen vigentes e invariables conforme al Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación de fecha 10 de diciembre de 2013, Rectificación del Informe de Evaluación de Ofertas y recomendación de Adjudicación de fecha 24 de abril de 2014, luego de la lectura y ratificación, este Informe es firmado por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Abog. Carlos Espínola
Representante de la Asesoría Jurídica de la DGOC.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dr. Bioq. Venancio González Pinto, Jefe
Dpto. Uso Racional D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

Dr. Venancio González
Representante de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Sr. DarioInsfrán
Representante de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Darío Insfrán Sanchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.