OCTAVO: Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, que incluyen los aspectos legales, técnicos y económicos y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 8 del Decreto Reglamentario N° 2.992/19, concordante con los Art. 26 y 27, de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se recomienda adjudicar el llamado **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2024 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024". ID N° 437.682,** a las siguientes empresas:

INDEX S.AC.I.									
LOTE NRO: 2									
LOTE2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	41116002-047	Reactivo para HIV	Determinación	UNIDAD	9.000	ABBOTT	ALEMANIA / U.S.A. / IRLANDA	38.700	348.300.000
2	41116002-048	Anti H.V.C	Determinación	UNIDAD	9.000	ABBOTT	ALEMANIA / U.S.A. / IRLANDA	97.350	876.150.000
3	41116002-049	Anti HVBc	Determinación	UNIDAD	9.000	ABBOTT	ALEMANIA / U.S.A. / IRLANDA	57.950	521.550.000
4	41116002-003	Chagas	Determinación	UNIDAD	9.500	ABBOTT	ALEMANIA / U.S.A. / IRLANDA	47.450	450.775.000
5	41116002-087	Reactivo para sifilis	Determinación	UNIDAD	9.000	ABBOTT	ALEMANIA / U.S.A. / IRLANDA	35.800	322.200.000
6	41116002-069	Reactivo HTLV	Determinación	UNIDAD	9.300	ABBOTT	ALEMANIA / U.S.A. / IRLANDA	35.800	332.940.000
7	41116002-051	HVBs	Determinación	UNIDAD	9.000	ABBOTT	ALEMANIA / U.S.A. / IRLANDA	36.650	329.850.000
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN									**3.181.765.000**

CHACO INTERNACIONAL S.A.									
LOTE NRO: 3									
LOTE3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	42222308-003	Bolsa para extraccion de sangre cuadruple con anticoagulante	Unidad	ENVASE ESTERIL	800	TERUMO BCT	URUGUAY / EEUU / BELGICA / VIETNAM / INDIA / REINO UNIDO / JAPON	687.000	549.600.000
Precio Total									**549.600.000**
LOTE NRO: 4									
LOTE4, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	41116002-011	Kit de aferesis para plaquetas	Unidad	KIT - JUEGO	180	TERUMO BCT	URUGUAY / EEUU / BELGICA / VIETNAM / INDIA / REINO UNIDO / JAPON	3.320.000	597.600.000

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Precio Total									**597.600.000**
LOTE NRO: 5									
LOTE5, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	41116002-050	Kit de plasmaferesis	Unidad	KIT - JUEGO	30	TERUMO BCT	URUGUAY / EEUU / BELGICA / VIETNAM / INDIA / REINO UNIDO / JAPON	3.600.000	108.000.000
Precio Total									**108.000.000**
LOTE NRO: 9									
LOTE9, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	42222308-008	Bolsa de transferencia para sangre	Unidad	ENVASE ESTERIL	2.000	TERUMO BCT	URUGUAY / EEUU / BELGICA / VIETNAM / INDIA / REINO UNIDO / JAPON	45.870	91.740.000
Precio Total									**91.740.000**
LOTE NRO: 14									
LOTE14, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	42222308-006	Bolsa silpme para extración de sangre	Unidad	ENVASE ESTERIL	100	TERUMO BCT	URUGUAY / EEUU / BELGICA / VIETNAM / INDIA / REINO UNIDO / JAPON	110.000	11.000.000
Precio Total									**11.000.000**
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN									**1.357.940.000**

BIOERIX S.A.									
LOTE NRO: 6									
LOTE6, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	41116002-004	Filtro para leucocito de globulos rojos	Unidad	ENVASE ESTERIL	300	HAEMONETICS	ESTADOS UNIDOS / MEXICO / SUIZA	164.976	49.492.800
Precio Total									**49.492.800**
LOTE NRO: 7									
LOTE7, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	41116002-005	Filtro para leucocito de plaquetas	Unidad	ENVASE ESTERIL	100	HAEMONETICS	ESTADOS UNIDOS / MEXICO / SUIZA	182.582	18.258.200
Precio Total									**18.258.200**
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN									**67.751.000**

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

PROSALUD FARMA S.A.									
LOTE NRO: 8									
LOTE8, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	42222301-001	Equipo para transfusion de sangre	Unidad	ENVASE ESTERIL	5.000	DEMOTEK	CHIPRE	15.000	75.000.000
Precio Total									**75.000.000**
LOTE NRO: 10									
LOTE10, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	42222308-004	Bolsa para extraccion de sangre triple	Unidad	ENVASE ESTERIL	8.000	DEMOTEK	CHIPRE	84.700	677.600.000
Precio Total									**677.600.000**
LOTE NRO: 12									
LOTE12, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	41113035-9998	Tira Reactiva para Hemoglobina y Hematocrito	Unidad	TIRA	3.000	MISSION	CHINA	17.000	51.000.000
Precio Total									**51.000.000**
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN									**803.600.000**

INFOTEC S.A.									
LOTE NRO: 11									
LOTE11, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	41116002-107	Tarjeta para tipificacion	Unidad	Unidad	8.000	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	37.561	300.488.000
2	41116002-107	Tarjeta para tipificacion	Unidad	Unidad	12.000	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	37.767	453.204.000
3	41116002-040	Tarjetas Newborn	Unidad	Unidad	800	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	49.319	39.455.200
4	41116002-039	Tarjetas Neutras	Unidad	Unidad	100	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	46.111	4.611.100
5	41116002-038	Tarjeta para Determinar Fenotipo RH y Kell	Unidad	Unidad	12.500	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	58.888	736.100.000
6	41116002-080	Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica	Unidad	Unidad	6.000	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	40.252	241.512.000
7	41116002-019	Panel de globulos rojos selector	Unidad	caja	60	BIO-RAD	BRASIL	2.285.616	137.136.960
8	41116002-019	Panel de globulos rojos selector	Unidad	caja	73	BIO-RAD	BRASIL	1.115.732	81.448.436

Mcal. López y Chtes. Cazal
E-MAIL: evaluacion.contrataciones@mcal.una.py
San Lorenzo – Paraguay

9	41116002-017	Panel de globulos rojos identificador	Unidad	caja	7	BIO-RAD	BRASIL	6.621.934	46.353.538
10	41116002-017	Panel de globulos rojos identificador	Unidad	caja	₲ 73	BIO-RAD	BRASIL	965.741	70.499.093
11	41116002-080	Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica	Unidad	Unidad	156	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	77.493	12.088.908
12	41116002-042	Kit para Elusion	Unidad	caja	3	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	1.021.692	3.065.076
13	41116002-9992	Suero Anti d	Unidad	KIT - JUEGO	5	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	377.925	1.889.625
14	41116002-110	Tarjeta Perfil Antigenico	Unidad	Unidad	60	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	124.202	7.452.120
15	41116002-110	Tarjeta Perfil Antigenico	Unidad	Unidad	60	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	127.671	7.660.260
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN									**2.142.964.316**

RESUMEN DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN			
N°	**EMPRESA**	**MONTO PROPUESTO**	**MONTO EN LETRAS**
1	INDEX S.A.C.I.	3.181.765.000	Son guaraníes: Tres mil ciento ochenta y un millones setecientos sesenta y cinco mil.-
2	CHACO INTERNACIONAL S.A.	1.357.940.000	Son guaraníes: Mil trescientos cincuenta y siete millones novecientos cuarenta mil.-
3	BIOERIX S.A.	67.751.000	Son guaraníes: Sesenta y siete millones setecientos cincuenta y un mil.-
4	PROSALUD FARMA S.A.	803.600.000	Son guaraníes: Ochocientos tres millones seiscientos mil.-
5	INFOTEC S.A.	2.142.964.316	Son guaraníes: Dos mil ciento cuarenta y dos millones novecientos sesenta y cuatro mil trescientos dieciseis.-
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN		**7.554.020.316**	**Son guaraníes: Siete mil quinientos cincuenta y cuatro millones veinte mil trescientos dieciseis.-**

LOTES DECLARADOS DESIERTOS						
LOTE NRO: 1						
LOTE1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio unitario referencial	Presentación	Cantidad
1	41116105-295	Anti A Monoclonal	Unidad	75.067	FRASCO	200
2	41116105-296	Anti B Monoclonal	Unidad	75.067	FRASCO	200
3	41116105-297	Anti D Monoclonal	Unidad	115.393	FRASCO	200
LOTE NRO: 13						
LOTE13, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio unitario referencial	Presentación	Cantidad
1	41116134-995	Ditiotreitol	Unidad	₲ 3.340.909	FRASCO	1

Con lo que se dio por terminado el acto siendo las 08:00hs., a los 8 días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro. Luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas que conforman el Comité Evaluador en prueba de conformidad.

Se adjunta:

1- El Dictamen Legal Nº 04/2024 de la Asesoría Jurídica del Departamento de Contrataciones Públicas.

Mcal. López y Chen Mazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

2- El Informe Técnico recibido en fecha 1 de febrero del 2024, elaborado por la Jefa del Departamento de Hemocentro y Unidad de Medicina Transfusional H.C. U.N.A.-
3- Nota ADM Nº 118/2024, ajuste de cantidades, presentada por el Administrador del Hospital de Clínicas.-
4- Resolución D. Nº 1.868/2.023, conformación del Comité de Evaluación.-

Observación:

1- El informe de evaluación, el cuadro comparativo de ofertas y el cuadro propuesto de adjudicación, cuentan con las firmas de los miembros, a excepción de:

- UNIV. CECILIA RECALDE (Se adjunta, Permiso particular). -

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad. -

PROF. DR. JORGE GIUBI BOBEDA
MIEMBRO DEL COMITÉ

DR. JAVIER ESCOBAR
MIEMBRO DEL COMITÉ

DR. LILIO EMILIANO IRALA
MIEMBRO DEL COMITÉ

UNIV. CECILIA RECALDE
MIEMBRO DEL COMITÉ

ARQ. CRISTINA ORUÉ
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. LIZANIA CARDOZO
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. VICTOR VILLALBA
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. MARCELA AYALA
MIEMBRO DEL COMITÉ

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Dictamen N° 04/2.024.-

AL : **Sres. Comité de Evaluación de Ofertas**
FCM/UNA

DEL : **Abog. Juan Carlos Barreiro Perrotta**, Asesor Jurídico
Decanato – Unidad Operativa de Contrataciones – FCM/UNA

REF. Dictamen Legal sobre LPN Nº 01/2024 "Adquisición de Reactivos para UMT y Hemocentro del Hospital de Clínicas – Ad Referéndum 2024". ID N° 437.682. –

FECHA : Asunción, 1 de febrero de 2024. –

.....

Oferentes

1. Infotec S.A.;
2. Prosalud Farma S.A.;
3. Bioerix S.A.;
4. GT Scientific S.A.;
5. Biotec del Paraguay S.A.,
6. Chaco Internacional S.A., y
7. Index S.A.C.I. –

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
01/02/2024
Nº 077 FIRMA Luis A. Sosa Valdez
HORA 09:51 ACLARACIÓN Comité de Evaluación - Contrataciones Públicas F.C.M. - U.N.A.

Conclusión:

Realizado el análisis exclusivamente jurídico de la documentación legal que se acompaña a las ofertas presentadas, en el marco de este llamado por Licitación Pública Nacional y aplicando estrictamente los criterios de evaluación previstos en los Arts. 16 y 34 de la Ley Nº 2.051/03, y 61 del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019, se recomienda al Comité de Evaluación considerar válidamente las ofertas presentadas. –

En cuanto a las observaciones formuladas en el acto de apertura, cabe hacer las siguientes puntualizaciones: **1.** El representante de la firma Index S.A.C.I. deja constancia que, el oferente Biotec del Paraguay, para el lote 2 no presenta planilla de datos garantizados, especificaciones técnicas, catálogo de equipo ofertado tampoco certificado de experiencia de uso mínimo de un año, emitido por otro banco de sangre que califiquen como Centro Productor, según normativas del Programa Nacional de Sangre. Solicitan a la Convocante solicitar dichos documentos y verificar lo solicitado el Pliego de Bases y Condiciones, como Reactivos y calibradores listos para su uso, ya que los reactivos de la marca Diasonn necesitan permanecer hasta 15 minutos dentro del equipo ante4s de usar, además el calibrador de HCV es liofilizado, no así listo para su uso verificar también la velocidad del equipo ofertado ya que se solicita en el PBC como mínimo 180 test/hora o más. **Respuesta:** Es competencia del Comité de Evaluación, en la etapa pertinente. **2.** El representante de la firma Chaco Internacional S.A. deja constancia que, Lote N° 4 (oféresis) se sugiera revisar el volumen extracorpóreo del equipo ofertado en comodato para el Lote N° 4 correspondiente a la

Juan Carlos Barreiro Perrotta
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 8945

01

firma Biorerix. Le solicita que el volumen extracorpóreo sea menor a 200, según PBC. **Respuesta**: Idem que la anterior. –

Se hace mención que las oferentes presentan constancia del SIPE, cuyos datos fueron verificados a través del Sistema, de conformidad a lo preceptuado en los arts. 23, 24 y 25 de la Resolución DNCP Nº 1993/2018 del 31 de mayo de 2018, que establece formalidades de presentación material de la constancia expedida por el SIPE. -

Es mi dictamen. -

Juan Carlos Barrero Perrotta
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 8050

02

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS
DEPARTAMENTO DE HEMOCENTRO Y UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
San Lorenzo-Paraguay

S. H.C - UMT Nº03/24

San Lorenzo, 30 de enero de 2024

Señor
Lic. Neris Aguilar Jefe
Administrador
Hospital de Clínicas
FCM-UNA
Presente

En el marco de la "**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2024 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS – AD REFERENDUM 2024" – ID N° 437.682**, se remite Evaluación Técnica FINAL de las ofertas presentadas por:

1. **INFOTEC S.A**
2. **PROSALUD FARMA S.A**
3. **BIOERIX S.A**
4. **INDEX S.A.C.I**
5. **GT SCIENTIFIC S.A**
6. **BIOTEC DEL PARAGUAY S.A**
7. **CHACO INTERNACIONAL S.A**

A: Comité

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Sin otro particular me despido de usted muy atentamente.

Dra. Natalia Cazal
Jefa-Dpto. Hemocentro -HC
F.C.M. - UNA

Dra. Natalia Cazal, Jefa
Departamento de Hemocentro
Unidad de Medicina Transfusional

HOSPITAL DE CLINICAS
DEPARTAMENTO DE HEMOCENTRO
FACULTAD DE C. MEDICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
01/02/2024
Nº 075 FIRMA Luis A. Sosa Valdez
Comité de Evaluación - Contrataciones Públicas
HORA 7:30 ACLARACIÓN Mgter. Dra. Natalia Cazal A.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ADMINISTRACIÓN HOSPITAL DE CLÍNICAS
31 ENE 2024
M.E. Nº: 256 Hora: 12:51
Recibido por: Univ. Jorge A. Martínez
Administración H.C.

JEFE DE DEPARTAMENTO: Mgter. Dra. Natalia Cazal A.
E-mail Suministro: hemocentro_secretaria@fcmuna.edu.py

03

INFORME TÉCNICO - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2024 "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2024" ID Nº 437.682

EMPRESA OFERENTE: INFOTEC S.A.

LOTE NRO: 11

												INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					**OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:**		**EQUIPOS EN COMODATO**		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	**MUESTRAS:** SI, ÍTEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	**Autorización del Fabricante:** SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	41116002-107	Tarjeta para tipificacion	tarjetas con columnas DE GEL para tipificacion de grupo sanguineo ABO y factor Rh (D) con identificacion del antigeno DVI (DVI+) y prueba serica o inversa A1; B para uso en DONANTES con equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Deben incluir equipo en comodato automatizado.	Unidad	Unidad	8.000	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	41116002-107	Tarjeta para tipificacion	tarjetas con columnas de gel para tipificacion de grupo sanguíneo ABO y factor Rh (D) sin identificacion del Antigeno DVI (DVIneg) y prueba serica o inversa A1;B para uso en PACIENTES adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Deben incluir equipo en comodato automatizado y dos semiautomatizado	Unidad	Unidad	12.000	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	41116002-040	Tarjetas Newborn	tarjetas con columnas de gel para tipificacion de grupo sanguíneo ABO y factor Rh(D), con test de coombs directo incluido post determinación sin prueba inversa para uso en recien nacidos en equipos automatizados con sotfware e	Unidad	Unidad	800	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

40

Dra. Natacia Cazal
Hematología y Hemoterapia
R. P. 8005
Unidad de Medicina Transfucional
Hospital de Clínicas

			impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato.																		
4	41116002-039	Tarjetas Neutras	Tarjetas con columnas de gel neutras. Deben incluir equipo automatizado con sotfware en comodato.	Unidad	Unidad	100	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	41116002-038	Tarjeta para Determinar Fenotipo RH y Kell	tarjetas con columnas de gel para determinacion de fenotipo y Rh y kell para uso en donantes y pacientes adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato automatizado.	Unidad	Unidad	12.500	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	41116002-080	Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica	Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica, tarjetas con 6 columnas como minimo de gel con AHG (anti globulina humana o suero coombs) y potenciador liss para pesquisa de Ac. Irregular, aglutininas AyB en donantes y pacientes en equipos automatizados con sotfware e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Deben incluir equipo en comodato.	Unidad	Unidad	6.000	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	41116002-019	Panel de globulos rojos selector	Panel de globulos rojos que tengan tres fenotipos diferentes (tres frascos con globulos rojos con fenotipo diferente) como mínimo, que incluya el antígeno Diego para la pesquisa de anticuerpos irregulares en pacientes y embarazadas. Deben incluir equipo en comodato.	Unidad	1cajas x 3 frascos goteros como minimo x 10ml c/u,	60	BIO-RAD	BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	41116002-019	Panel de globulos rojos selector	Panel de globulos rojos de dos celulas como máximo, para pesquisa de anticuerpo irregulares en donantes, I y II	Unidad	caja	73	BIO-RAD	BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	41116002-017	Panel de globulos rojos identificador	Panel de 11 globulos rojos como minimo para identificación de	Unidad	caja x 11 frascos goteros como	7	BIO-RAD	BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dra. Natalia Casal
Hematología y Hemoterapia
R. P. 8898
Unidad de Medicina Transfusional
Hospital de Clínicas

			Ac. Irregulares en donantes. Debe incluir antigeno Diego A y panel accesorio de 11 globulos rojos tratados con enzimas. Deben incluir equipo a comodato.		minimo x 4ml c/frasco																
10	41116002-017	Panel de globulos rojos identificador	panel de globulos rojos A1,B para prueba inversa adecuado para uso en tarjetas de gel, Deben inlcuir en acomodato equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos.	Unidad	caja x 2 frascos x 10ml c/u	74	BIO-RAD	BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLIVA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	41116002-080	Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica	Tarjetas con columnas en gel poliespecificas AHG reactivas para la determinación de Anti IgG, IgA, IgM, C3c, C3d. Deben incluir equipo automatizado con sotfware en comodato.	Unidad	Unidad	156	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLIVA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	41116002-042	Kit para Elusion	Kit de reactivos para la elucion acida rápida de anticuerpos a partir de hematies intactos.	Unidad	Caja	3	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLIVA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	41116002-9992	Suero Anti d	Reactivo para la determinacion de D debil. Deben inlcuir equipo en comodato. Debe incluir tubos con EDTA de minimo 2,5 ml. Y maximo de 5 ml.	Unidad	KIT - JUEGO	5	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLIVA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	41116002-110	Tarjeta Perfil Antigenico	Tarjeta con columna en gel para determinacion de Antigenos K, Kpa, Kpb, Jka,JK1, JKb	Unidad	Unidad	60	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLIVA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	41116002-110	Tarjeta Perfil Antigenico	Tarjeta con columna en gel para determinacion de Antigenos M, N, S, s, Fya, Fyb	Unidad	Unidad	60	BIO-RAD	SUIZA / ALEMANIA / FRANCIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLIVA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dra. Natalia Casal
Hematología y Hemoterapia
M. P. 8808
Unidad de Medicina Transfusional
Hospital de Clínicas

INFORME TÉCNICO - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2024 "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2024" ID Nº 437.682

EMPRESA OFERENTE: PROSALUD FARMA S.A.

LOTE NRO: 6									MUESTRAS: SI, ITEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	Autorización del Fabricante: SI Para los ítems; Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato; para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	41116002-004	Filtro para leucocito de glóbulos rojos	Filtro para leucoreducir Glóbulos rojos con bolas	Unidad	ENVASE ESTERIL	300	LEUCOFIL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE NRO: 7									MUESTRAS: SI, ITEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	Autorización del Fabricante: SI Para los ítems; Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4; ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato; para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	41116002-005	Filtro para leucocito de plaquetas	Filtro para leucoreducir plaquetas con bolsa para pool de 4 o más unidades	Unidad	ENVASE ESTERIL	100	LEUCOFIL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dra. Natalia Cazal
Hematología y Hemoterapia
R.P. 8805
Unidad de Medicina Transfusional
Hospital de Clínicas

LOTE NRO: 8												INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	**MUESTRAS:** SI, ÍTEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	**Autorización del Fabricante:** SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1. lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa debera adjuntar catalogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	42222301-001	Equipo para transfusion de sangre	Equipo de transfusion de sangre con filtro	Unidad	ENVASE ESTERIL	5.000	DEMOTEK	CHIPRE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE NRO: 9												INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	**MUESTRAS:** SI, ÍTEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	**Autorización del Fabricante:** SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa debera adjuntar catalogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	42222308-008	Bolsa de transferencia para sangre	Bolsa de transferencia de 300 ml (Bolsa plástica seca o vacía estéril en envase individual para transferencia de componentes sanguíneos)	Unidad	ENVASE ESTERIL	2.000	DEMOTEK	CHIPRE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dra. Natalia Canal
Hematologia y Hemoterapia
R. P. 8906
Unidad de Medicina Transfucional
Hospital de Clínicas

LOTE NRO: 10									MUESTRAS: SI, ÍTEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	Autorización del Fabricante: SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad en comodato, la empresa deberá apuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	42222308-004	Bolsa para extraccion de sangre triple	bolsa triple para extraccion de sangre con CPDA, aguja tribiselada de 16G (comodato de dos separadores de bolsas, una centrifuga refrigerada para bolsas)	Unidad	ENVASE ESTERIL	8.000	DEMOTEK	CHIPRE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dra. Natalia Casal
Hematóloga y Hemoterapia
R.P. 8808
Unidad de Medicina Transfucional
Hospital de Clínicas

LOTE NRO: 12												INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	**MUESTRAS:** SI, ITEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	**Autorización del Fabricante:** SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentación de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de, mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	41113035-9998	Tira Reactiva para Hemoglobina y Hematocrito	Tira reactiva para dosaje de hemoglobina y hematocrito, con medidor de hemoglobina portable, con capacidad de lectura de Hb rango 4,5-25 g/dl, calibración automatica, lectura por metodologia de fotometria de reflectancia. Tiempo de lectura menor o igual a 15 segundos, con memoria de hasta 900 determinaciones que registre fecha, hora y ID del paciente.(DOS LECTORES y PULSADOR EN COMODATO) Lancetas compatibles con el pulsador.	Unidad	TIRAS	3.000	MISSION	CHINA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dra. Natalia Cuenca
Hematología y Hemoterapia
R. P. 6808
Unidad de Medicina Transfucional
Hospital de Clínicas

LOTE NRO: 14									MUESTRAS: SI, ITEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	Autorización del Fabricante: SI Para los items: Los items de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los items. (Formularios Adicionales).	INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. (PARA TODOS LOS LOTES).	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4; ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	42222308-006	Bolsa silpme para extración de sangre	Bolsa para extracción de sangre	Unidad	ENVASE ESTERIL	100	DEMOTEK	CHIPRE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dra. Natalia Casal
Hematología y Hemoterapia
M. P. 8808
Unidad de Medicina Transfucional
Hospital de Clínicas

INFORME TÉCNICO – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2024 "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2024" ID Nº 437.682

EMPRESA OFERENTE: BIOERIX S.A.

LOTE4, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No												**INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:**					**OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:**		**EQUIPOS EN COMODATO**		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	**MUESTRAS:** SI, ITEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	**Autorización del Fabricante:** SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems: (Formularios Adicionales).	1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10. ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentación de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto otorgado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	41116002-011	Kit de aferesis para plaquetas	Kit para plaquetaferesis con solucion ACD. Los kits deben cumplir con estandares internacionales que aseguren un producto esteril. Sistema de circuito cerrado, no esterilizables desechables una puncion. Deben incluir equipo en comodato.	Unidad	KIT - JUEGO	180	HAEMONETICS	ESTADOS UNIDOS / MEXICO / SUIZA / MALASIA / RUMANIA / HUNGRIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE El PBC solicita que el Volumen sanguíneo extracorpóreo sea menor a 200ml. En el manual del equipo estipula un volumen extracorpóreo estimado según el hematocrito del donante. A mayor el hematocrito del donante, el VEC puede superar los 200ml establecidos en el PBC. Por lo tanto, no cumple con lo solicitado

Dra. Nardia Ca
Hematologia y Hemoter
R. P. 8908
Unidad de Medicina Transfu
Hospital de Clínicas

LOTE NRO: 6									MUESTRAS: SI, ÍTEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	Autorización del Fabricante: SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	41116002-004	Filtro para leucocito de globulos rojos	Filtro para leucorreducir Glóbulos rojos con bolsa	Unidad	ENVASE ESTERIL	300	HAEMONETICS	ESTADOS UNIDOS / MEXICO / SUIZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dra. Virginia Casal
Hematología y Hemoterapia
R. P. 4808
Unidad de Medicina Transfusional
Hospital de Clínicas

LOTE NRO: 7												INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	**MUESTRAS:** SI, ÍTEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	**Autorización del Fabricante:** SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitacion vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriben en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	41116002-005	Filtro para leucocito de plaquetas	Filtro para leucorreducir plaquetas con bolsa para pool de 4 o más unidades	Unidad	ENVASE ESTERIL	100	HAEMONETICS	ESTADOS UNIDOS / MEXICO / SUIZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

14

Dra. Natalia Cazal
Hematología y Hemoterapia
R. P. 6808
Unidad de Medicina Transfucional
Hospital de Clínicas

INFORME TÉCNICO - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2024 "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2024" ID Nº 437.682

EMPRESA OFERENTE: INDEX S.A.C.I.

LOTE NRO: 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	**MUESTRAS:** SI, ÍTEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	**Autorización del Fabricante:** SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	**INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:**					**OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:**		**EQUIPOS EN COMODATO**		
												1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solictud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	41116002-047	Reactivo para HIV	H.I.V. Ac/Ab 1+2+p24. Met. quimioluminicencia . Kit de Reactivos y accesorios, Deben incluir equipo en comodato.	Determinación	UNIDAD	9.300	ABBOTT	ALEMANIA / U.S.A. / IRLANDA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLI8CA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	41116002-048	Anti H.V.C	Anti HCV-Ac Met. quimioluminicencia. Kit de reactivos y accesorios. Deben incluir equipo en comodato.	Determinación	UNIDAD	9.400	ABBOTT	ALEMANIA / U.S.A. / IRLANDA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLI8CA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	41116002-049	Anti HVBc	ANTI HBc-Ac.Anti core. Hepatitis B. Mét. QUIMINIOLUMINICENCIA. Kit de reactivos y accesorios. Deben incluir equipo en comodato.	Determinación	UNIDAD	9.300	ABBOTT	ALEMANIA / U.S.A. / IRLANDA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLI8CA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	41116002-003	Chagas	CHAGAS Mét. QUIMIOLUMINICENCIA. Kit de reactivos y accesorios. Deben incluir equipo en comodato.	Determinación	UNIDAD	9.500	ABBOTT	ALEMANIA / U.S.A. / IRLANDA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLI8CA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	41116002-087	Reactivo para sifilis	REACTIVO PARA SIFILIS . QUIMINIOLUCENCIA. Kit de reactivos y accesorios. Deben incluir equipo en comodato.	Determinación	UNIDAD	9.300	ABBOTT	ALEMANIA / U.S.A. / IRLANDA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLI8CA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	41116002-069	Reactivo HTLV	REACTIVO PARA H.T.L.V.-Ac I / II. Mét.QUIMIOLUMINICENCIA. Kit de reactivos y accesorios.Debe incluir equipo en comodato.	Determinación	UNIDAD	9.300	ABBOTT	ALEMANIA / U.S.A. / IRLANDA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLI8CA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	41116002-051	HVBs	Rea+6:13ctivo para HBs-Ag. Met. quimioluminicencia. Kit de reactivos y accesorios. Deben incluir equipo en comodato.	Determinación	UNIDAD	9.400	ABBOTT	ALEMANIA / U.S.A. / IRLANDA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLI8CA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dra. Natalia Lazzari
Hematología y Hemoterapia
R. P. 8805
Unidad de Medicina Transfucional
Hospital de Clínicas

INFORME TÉCNICO - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2024 "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2024" ID Nº 437.682

EMPRESA OFERENTE: G.T. SCIENTIFIC S.A.

LOTE NRO: 1									MUESTRAS: SI, ÍTEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	Autorización del Fabricante: SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	41116105 -295	Anti A Monoclonal	FRASCO 10 ML	Unidad	FRASCOS 10 ML COMO MINIMO	200	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO
2	41116105 -296	Anti B Monoclonal	FRASCO 10 ML	Unidad	FRASCOS 10 ML COMO MINIMO	200	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO
3	41116105 -297	Anti D Monoclonal	FRASCO 10 ML	Unidad	FRASCOS 10 ML COMO MINIMO	200	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO

Dra. Marcia Cazal
Hematología y Hemoterapia
R. M. 8808
Unidad de Medicina Transfusional
Hospital de Clínicas

LOTE NRO: 11									MUESTRAS: SI, ITEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	Autorización del Fabricante: SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO:		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distnbuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	41116002 -107	Tarjeta para tipificacion	tarjetas con columnas DE GEL para tipificacion de grupo saguineo ABO y factor Rh (D) con identificacion del antigeno DVI (DVI+) y prueba serica o inversa A1; B para uso en DONANTES con equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Deben incluir equipo en comodato automatizado.	Unidad	Unidad	8.000	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO
2	41116002 -107	Tarjeta para tipificacion	tarjetas con columnas de gel para tipificacion de grupo sanguineo ABO y factor Rh (D) sin identificacion del Antigeno DVI (DVIneg) y prueba serica o inversa A1;B para uso en PACIENTES adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Deben incluir equipo en comodato automatizado y dos semiautomatizado	Unidad	Unidad	12.000	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO
3	41116002 -040	Tarjetas Newborn	tarjetas con columnas de gel para tipificacion de grupo sanguineo ABO y factor Rh(D), con test de coombs directo incluido post determinación sin prueba inversa para uso en recien nacidos en equipos automatizados con sotfware e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato.	Unidad	Unidad	800	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO
4	41116002 -039	Tarjetas Neutras	Tarjetas con columnas de gel neutras. Deben incluir equipo automatizado con sotfware en comodato.	Unidad	Unidad	100	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO

17

Dra. Natalia Cazal
Hematología y Hemoterapia
R. M. 8808
Unidad de Medicina Transfucional
Hospital de Clínicas

5	41116002-038	Tarjeta para Determinar Fenotipo RH y Kell	tarjetas con columnas de gel para determinacion de fenotipo y Rh y kell para uso en donantes y pacientes adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato automatizado.	Unidad	Unidad	12.500	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO
6	41116002-080	Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica	Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica, tarjetas con 6 columnas como mínimo de gel con AHG (anti globulina humana o suero coombs) y potenciador liss para pesquisa de Ac. Irregular, aglutininas AyB en donantes y pacientes en equipos automatizados con sotfware e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Deben incluir equipo en comodato.	Unidad	Unidad	6.000	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO
7	41116002-019	Panel de globulos rojos selector	Panel de globulos rojos que tengan tres fenotipos diferentes (tres frascos con globulos rojos con fenotipo diferente) como mínimo, que incluya el antígeno Diego para la pesquisa de anticuerpos irregulares en pacientes y embarazadas. Deben incluir equipo en comodato.	Unidad	1cajas x 3 frascos goteros como minimo x 10ml c/u,	60	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO
8	41116002-019	Panel de globulos rojos selector	Panel de globulos rojos de dos celulas como máximo, para pesquisa de anticuerpo irregulares en donantes. I y II	Unidad	caja	73	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO
9	41116002-017	Panel de globulos rojos identificador	Panel de 11 globulos rojos como mínimo para identificación de Ac. Irregulares en donantes. Debe incluir antigeno Diego A y panel accesorio de 11 globulos rojos tratados con enzimas. Deben incluir equipo a comodato.	Unidad	caja x 11 frascos goteros como mínimo x 4ml c/frasco	7	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO
10	41116002-017	Panel de globulos rojos identificador	panel de globulos rojos A1,B para prueba inversa adecuado para uso en tarjetas de gel, Deben incluir en acomodato equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos.	Unidad	caja x 2 frascos x 10ml c/u	74	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO
11	41116002-080	Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica	Tarjetas con columnas en gel poliespecificas AHG reactivas para la determinación de Anti IgG, IgA, IgM, C3c, C3d. Deben incluir equipo automatizado con sotfware en comodato.	Unidad	Unidad	156	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO
12	41116002-042	Kit para Elusion	Kit de reactivos para la elucion acida rápida de anticuerpos a partir de hematies intactos.	Unidad	Caja	3	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO
13	41116002-9992	Suero Anti d	Reactivo para la determinacion de D debil. Deben inluir equipo en comodato. Debe incluir tubos con EDTA de mínimo 2,5 ml. Y maximo de 5 ml.	Unidad	Kit - Juego	5	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO

Dra. Silvana Casal
Hematóloga Hemoterapia
Unidad de Medicina Transfusional
Hospital de Clínicas

14	41116002-110	Tarjeta Perfil Antigenico	Tarjeta con columna en gel para determinacion de Antigenos K, Kpa, Kpb, Jka,JK1, JKb	Unidad	Unidad	60	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO
15	41116002-110	Tarjeta Perfil Antigenico	Tarjeta con columna en gel para determinacion de Antigenos M, N, S, s, Fya, Fyb	Unidad	Unidad	60	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO
LOTE NRO: 13									**MUESTRAS:** SI, ITEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7. 8, 9, 10	**Autorización del Fabricante:** SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	**INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:**					**OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:**		**EQUIPOS EN COMODATO**		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	41116134-995	Ditiotreitol	Frasco de 5 gramos	Unidad	Frasco de 5 gramos	1	BIORAD	USA / FRANCIA / ALEMANIA / SUIZA / BRASIL	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO	NO CUMPLE – NO PRESENTO

Dra. Natalia Canal
Hematologia y Hemoterapia
R.C. 8005
Unidad de Medicina Transfusional
Hospital de Chiriqui

INFORME TÉCNICO - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2024 "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2024" ID N° 437.682

EMPRESA OFERENTE: BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

LOTE NRO: 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	**MUESTRAS:** SI, ÍTEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	**Autorización del Fabricante:** SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante.***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	**INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:**					**OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:**		**EQUIPOS EN COMODATO**		
												1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	41116002-047	Reactivo para HIV	H.I.V. Ac/Ab 1+2+p24. Met. quimioluminicencia . Kit de Reactivos y accesorios; Deben incluir equipo en comodato.	Determinación	UNIDAD	9.300	DIASORIN	ITALIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	41116002-048	Anti H.V.C	Anti HCV-Ac Met. quimioluminicencia. Kit de reactivos y accesorios. Deben incluir equipo en comodato.	Determinación	UNIDAD	9.400	DIASORIN	ITALIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	41116002-049	Anti HVBc	ANTI HBc-Ac.Anti core. Hepatitis B. Mét. QUIMINIOLUMINICENCIA. Kit de reactivos y accesorios. Deben incluir equipo en comodato.	Determinación	UNIDAD	9.300	DIASORIN	ITALIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	41116002-003	Chagas	CHAGAS Mét. QUIMIOLUMINICENCIA. Kit de reactivos y accesorios. Deben incluir equipo en comodato.	Determinación	UNIDAD	9.500	DIASORIN	ITALIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	41116002-087	Reactivo para sifilis	REACTIVO PARA SIFILIS . QUIMINIOLUCENCIA. Kit de reactivos y accesorios. Deben incluir equipo en comodato.	Determinación	UNIDAD	9.300	DIASORIN	ITALIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	41116002-069	Reactivo HTLV	REACTIVO PARA H.T.L.V.-Ac I / II. Mét.QUIMIOLUMINICENCIA. Kit de reactivos y accesorios.Debe incluir equipo en comodato.	Determinación	UNIDAD	9.300	DIASORIN	ITALIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	41116002-051	HVBs	Rea+6:13ctivo para HBs-Ag. Met. quimioluminicencia. Kit de reactivos y accesorios. Deben incluir equipo en comodato.	Determinación	UNIDAD	9.400	DIASORIN	ITALIA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dra. Natalia Cazal
Hematología y Hemoterapia
R.P. 8808
Unidad de Medicina Transfusional
Hospital de Clínicas

INFORME TÉCNICO - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2024 "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2024" ID Nº 437.682

EMPRESA OFERENTE: CHACO INTERNACIONAL S.A.

LOTE NRO: 3									MUESTRAS:	Autorización del Fabricante:	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	SI, ITEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	(Formularios Adicionales).	1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA,o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	42222308-003	Bolsa para extraccion de sangre cuadruple con anticoagulante	Conjunto de cuatro bolsas para extracción de sangre total y obtención de componentes sanguíneos en un equipo de procesamiento automatizado (sellador de bolsas en comodato, consumibles, programación de centrífuga compatible con la bolsa a utilizar y actualización del software del banco de sangre), compatible con centrifuga REVEOS	Unidad	ENVASE ESTERIL	800	TERUMO BCT	URUGUAY / EEUU / BELGICA / VIETNAM / INDIA / REINO UNIDO / JAPON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dra. Natalia Viana
Hematología y Hemoterapia
R. P. 8806
Unidad de Medicina Transfucional
Hospital de Clínicas

LOTE NRO: 4									MUESTRAS: SI, ÍTEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	Autorización del Fabricante: SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	41116002-011	Kit de aferesis para plaquetas	Kit para plaquetaferesis con sólucion ACD. Los kits deben cumplir con estandares internacionales que aseguren un producto esteril. Sistema de circuito cerrado, no esterilisables, desechables uni puncion. Deben incluir equipo en comodato.	Unidad	KIT - JUEGO	180	TERUMO BCT	URUGUAY / EEUU / BELGICA / VIETNAM / INDIA / REINO UNIDO / JAPON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE NRO: 5									MUESTRAS: SI, ÍTEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	Autorización del Fabricante: SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENYACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	41116002-050	Kit de plasmaferesis	Sistema de aféresis y de terapia celular con equipo capez de realizar recambio de Plasma Terapéutico para PACIENTES, Deben incluir equipo en comodato.	Unidad	KIT - JUEGO	30	TERUMO BCT	URUGUAY / EEUU / BELGICA / VIETNAM / INDIA / REINO UNIDO / JAPON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dra. Natalia Cazal
Hematología y Hemoterapia
M.P. 8808
Unidad de Medicina Transfusional
Hospital de Clínicas

LOTE NRO: 6									MUESTRAS: SI, ITEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	Autorización del Fabricante: SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	41116002-004	Filtro para leucocito de globulos rojos	Filtro para leucorreducir Glóbulos rojos con bolsa	Unidad	ENVASE ESTERIL	300	TERUMO BCT	URUGUAY / EEUU / BELGICA / VIETNAM / INDIA / REINO UNIDO / JAPON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE NRO: 8									MUESTRAS: SI, ITEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	Autorización del Fabricante: SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	42222301-001	Equipo para transfusion de sangre	Equipo de transfusion de sangre con filtro	Unidad	ENVASE ESTERIL	5.000	TERUMO	CHILE / ARGENTINA / JAPON / CHINA / BELGICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dra. [illegible]
Hematóloga y Hemoterapeuta
[illegible]
Unidad de Medicina Transfusional
Hospital de Clínicas

LOTE NRO: 9									MUESTRAS: SI, ÍTEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	Autorización del Fabricante: SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	42222308-008	Bolsa de transferencia para sangre	Bolsa de transferencia de 300 ml (Bolsa plástica seca o vacía estéril en envase individual para transferencia de componentes sanguíneos)	Unidad	ENVASE ESTERIL	2.000	TERUMO BCT	URUGUAY / EEUU / BELGICA / VIETNAM / INDIA / REINO UNIDO / JAPON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE NRO: 10									MUESTRAS: SI, ÍTEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	Autorización del Fabricante: SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central del MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato, para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	42222308-004	Bolsa para extraccion de sangre triple	bolsa triple para extraccion de sangre con CPDA, aguja tribiselada de 16G (comodato de dos separadores de bolsas, una centrifuga refrigerada para bolsas)	Unidad	ENVASE ESTERIL	8.000	TERUMO BCT	URUGUAY / EEUU / BELGICA / VIETNAM / INDIA / REINO UNIDO / JAPON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dra. Natalia Cazal
Hematología y Hemoterapia
R. P. 8806
Unidad de Medicina Transfusional
Hospital de Clínicas

LOTE NRO: 14									MUESTRAS: SI, ITEMS: Para los lotes 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10	Autorización del Fabricante: SI Para los ítems: Los ítems de todos los lotes se requiere que presenten la autorización del fabricante. ***Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.***	Planilla de Datos Garantizados para todos los ítems. (Formularios Adicionales).	INSUMOS MÉDICOS Y DESCARTABLES:					OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO:		EQUIPOS EN COMODATO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. (Para: Lote 3, ítem 1).	2. Habilitación vigente, expedida por el MSP y BS como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos hospitalarios (Electromedicina), si corresponde. **(PARA TODOS LOS LOTES).**	3. Constancia de inscripción vigente de la empresa habilitada por DNVS: (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	4. Listado de productos habilitados para importar y comercializar expedido por DNVS, y o MSP y BS vigente. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1; lote 9, ítem 1; lote 10, ítem 1; lote 14, ítem 1).	5. Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. (Para: Lote 3, ítem 1; lote 4, ítem 1; lote 5, ítem 1; lote 8, ítem 1, lote 10, ítem 1, lote 14, ítem 1).	1.Presentacion de Copia autenticada de Habilitación vigente como Importador o Distribuidor de Productos para Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por el Laboratorio Central de MSP y BS o RUE otorgado por DINAVISA o constancia solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado.(Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2. ítem.1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	2. Copia Autenticada de Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS. (Para: lote 1, ítem 1 al 3; lote 2, ítem 1 al 7; lote 6, ítem 1; lote 7, ítem 1; lote 11, ítem 1 al 15; lote 12, ítem 1, lote 13, ítem 1).	Todos los equipos se solicitan en comodato; para todos los lotes establecidos en el PBC. **(Lotes 1 al 14)**	Para equipos automatizados en la modalidad de comodato; la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica.	Se requiere además de un servicio técnico especializado Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones. Se requiere además de un equipo técnico especializado. Así también se deberá contar con el equipo que se necesita para que el proveedor cumpla con las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones, existencia de repuestos que se prescriban en la carta de invitación/pliego de bases y condiciones.
1	42222308-006	Bolsa silpme para extración de sangre	Bolsa silpme para extración de sangre	Unidad	ENVASE ESTERIL	100	TERUMO BCT	URUGUAY / EEUU / BELGICA / VIETNAM / INDIA / REINO UNIDO / JAPON	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dra. Natalia Cazal
Hematología y Hemoterapia
R. P. 8808
Unidad de Medicina Transfusional
Hospital de Clínicas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS
DEPARTAMENTO DE HEMOCENTRO Y UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
San Lorenzo-Paraguay

S. H.C - UMT N°04/24

San Lorenzo, 02 de febrero de 2024

Señor
Lic. Neris Aguilar Jefe
Administrador
Hospital de Clínicas
FCM-UNA
Presente

En el marco de la "**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2024 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS – AD REFERENDUM 2024" – ID N° 437.682**, se remite adjunto como complemento a la nota **S. H.C - UMT N°03/24** con **M.E N° 256/2024**, Respuestas a las observaciones realizadas en el Acta de Apertura.

Sin otro particular me despido de usted muy atentamente.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA
SUMINISTROS
HEMOCENTRO - UMT
HOSPITAL DE CLINICAS

Dra. Natalia Cazal
Jefa Dpto. Hemocentro-HC
FCM - UNA

Dra. Natalia Cazal, Jefa
Departamento de Hemocentro
Unidad de Medicina Transfusional

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
02/02/2024
Nº 083 FIRMA Luis A
HORA 11:25 ACLARACIÓN
Comité de Evaluación - Contrataciones Públicas
FCM - UNA

A. Comité

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ADMINISTRACIÓN HOSPITAL DE CLÍNICAS
02 FEB 2024
M.E. N°: 286 Hora: 10:30
Recibido por: Univ. Jorge A. Martínez
Administración H.C.

JEFE DE DEPARTAMENTO: *Mgter. Dra. Natalia cazal*
E-mail Suministro: hemocentro_secretaria@fcmuna.edu.py

216

Observación a la oferta: 80051821-7 – BIOERIX

Respuesta
En el PBC se solicita que el Volumen sanguíneo extracorpóreo sea menor a 200ml. El Manual Del Equipo estipula un volumen extracorpóreo dependiendo del Hematocrito del donante. Al influir el hematocrito del donante, el VEC puede superar los 200ml establecido en el PBC, Por lo tanto no cumple con lo solicitado

Observación a la oferta: 80008449-7 - BIOTEC DEL PARAGUAY S.A

Respuesta
El Oferente Biotec del Paraguay, para el LOTE 2 **PRESENTA Y CUMPLE CON:** • Planilla de datos garantizados: FOLIO: 124 • Especificaciones técnicas: FOLIO: 212 • Catalogo de equipo ofertado, FOLIO: 159 • Certificado de Experiencia de uso mínimo del un año, FOLIO: 68,69 • Reactivos y Calibradores listos para su uso, solicitados en el PBC (CATALOGOS LOTE 2 – ITEMS 1 AL 7) 1. HIV Reactivo: FOLIO: 160 Controles y Calibradores: FOLIO: 166 2. HCV Ab Reactivo: FOLIO: 167 Controles y Calibradores: FOLIO: 173 3. Anti-HBc Reactivo: FOLIO: 174 Controles y Calibradores: FOLIO: 178 4. Chagas Reactivo: FOLIO: 179 Controles y Calibradores: FOLIO: 184 5. Sífilis Reactivo: FOLIO: 185 Controles y Calibradores: FOLIO: 189 6. HTLV-I/II Reactivo: FOLIO: 190 Controles y Calibradores: FOLIO: 195 7. HBsAg Reactivo: FOLIO: 196 Controles y Calibradores: FOLIO: 202 • 180 pruebas por hora, solicitados en el PBC

JEFE DE DEPARTAMENTO: *Mgter. Dra. Natalia cazal.*
E-mail Suministro: hemocentro_secretaria@fcmuna.edu.py

Dra. Natalia Cazal
Jefa-Dpto. Hemocentro -HC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS
ADMINISTRACIÓN
Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal
San Lorenzo, Paraguay
Telefax: 021 674.998



Nota ADM HC Nº 118 /2024

San Lorenzo, 7 de febrero de 2024.-

Señores
COMITÉ DE EVALUACION – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Facultad de Ciencias Médicas – UNA
Presente

Por la presente me dirijo a Ud., en respuesta a su nota **UNA FCM-CECP N° 0097/2024**, en el marco del llamado **LPN N° 01/2024 "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS – AD REFERENDUM 2024 – ID N° 437.682"** a fin de remitir planilla ajustada con cantidad disminuida en los lotes 2 item 1, 2, 3, 5 y 7 y lote 11 item 10 a fin de ajustar a la disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular, me despido atentamente. -

LIC. NÉRIS AGUILAR
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
07/02/2024
Nº 095 FIRMA
HORA 11:30 ACLARACIÓN
Comité de Evaluación - Contrataciones Públicas
F.C.M. U.N.A.

28

LOTE NRO: 2							
LOTE2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	41116002-047	Reactivo para HIV	Determinación	UNIDAD	9000	38.700	348.300.000
2	41116002-048	Anti H.V.C	Determinación	UNIDAD	9000	97.350	876.150.000
3	41116002-049	Anti HVBc	Determinación	UNIDAD	9000	57.950	521.550.000
4	41116002-003	Chagas	Determinación	UNIDAD	9.500	47.450	450.775.000
5	41116002-087	Reactivo para sifilis	Determinación	UNIDAD	9000	35.800	322.200.000
6	41116002-069	Reactivo HTLV	Determinación	UNIDAD	9300	35.800	332.940.000
7	41116002-051	HVBs	Determinación	UNIDAD	9000	36.650	329.850.000
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN							**3.181.765.000**

LOTE NRO: 6							
LOTE6, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	41116002-004	Filtro para leucocito de globulos rojos	Unidad	ENVASE ESTERIL	300	164.976	49.492.800
Precio Total							**49.492.800**
LOTE NRO: 7							
LOTE7, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	41116002-005	Filtro para leucocito de plaquetas	Unidad	ENVASE ESTERIL	100	182.582	18.258.200
Precio Total							**18.258.200**
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN							**67.751.000**

LOTE NRO: 8							
LOTE8, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

1	42222301-001	Equipo para transfusion de sangre	Unidad	ENVASE ESTERIL	5.000	15.000	75.000.000
Precio Total							**75.000.000**
LOTE NRO: 10							
LOTE10, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	42222308-004	Bolsa para extraccion de sangre triple	Unidad	ENVASE ESTERIL	8.000	84.700	677.600.000
Precio Total							**677.600.000**
LOTE NRO: 12							
LOTE12, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	41113035-9998	Tira Reactiva para Hemoglobina y Hematocrito	Unidad	TIRAS	3.000	17.000	51.000.000
Precio Total							**51.000.000**
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN							**803.600.000**

LOTE NRO: 11							
LOTE11, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	41116002-107	Tarjeta para tipificacion	Unidad	Unidad	8.000	37.561	300.488.000
2	41116002-107	Tarjeta para tipificacion	Unidad	Unidad	12.000	37.767	453.204.000
3	41116002-040	Tarjetas Newborn	Unidad	Unidad	800	49.319	39.455.200
4	41116002-039	Tarjetas Neutras	Unidad	Unidad	100	46.111	4.611.100
5	41116002-038	Tarjeta para Determinar Fenotipo RH y Kell	Unidad	Unidad	12.500	58.888	736.100.000
6	41116002-080	Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica	Unidad	Unidad	6.000	40.252	241.512.000

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

7	41116002-019	Panel de globulos rojos selector	Unidad	caja	60	2.285.616	137.136.960
8	41116002-019	Panel de globulos rojos selector	Unidad	caja	73	1.115.732	81.448.436
9	41116002-017	Panel de globulos rojos identificador	Unidad	caja	7	6.621.934	46.353.538
10	41116002-017	Panel de globulos rojos identificador	Unidad	caja	73	965.741	70.499.093
11	41116002-080	Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica	Unidad	Unidad	156	77.493	12.088.908
12	41116002-042	Kit para Elusion	Unidad	caja	3	1.021.692	3.065.076
13	41116002-9992	Suero Anti d	Unidad	KIT - JUEGO	5	377.925	1.889.625
14	41116002-110	Tarjeta Perfil Antigenico	Unidad	Unidad	60	124.202	7.452.120
15	41116002-110	Tarjeta Perfil Antigenico	Unidad	Unidad	60	127.671	7.660.260
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN							**2.142.964.316**

31

LOTE NRO: 3							
LOTE3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	42222308-003	Bolsa para extraccion de sangre cuadruple con anticoagulante	Unidad	ENVASE ESTERIL	800	687.000	549.600.000
Precio Total							**549.600.000**
LOTE NRO: 4							
LOTE4, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	41116002-011	Kit de aferesis para plaquetas	Unidad	KIT - JUEGO	180	3.320.000	597.600.000
Precio Total							**597.600.000**
LOTE NRO: 5							
LOTE5, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	41116002-050	Kit de plasmaferesis	Unidad	KIT - JUEGO	30	3.600.000	108.000.000
Precio Total							**108.000.000**
LOTE NRO: 9							
LOTE9, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	42222308-008	Bolsa de transferencia para sangre	Unidad	ENVASE ESTERIL	2.000	45.870	91.740.000
Precio Total							**91.740.000**
LOTE NRO: 14							
LOTE14, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	42222308-006	Bolsa silpme para extración de sangre	Unidad	ENVASE ESTERIL	100	110.000	11.000.000
Precio Total							**11.000.000**
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN							**1.357.940.000**

32

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

San Lorenzo, 07 de febrero de 2024.-

Señor
PROF. DR. JORGE GIUBI BOBEDA, COORDINADOR
Comité de Evaluación de Licitaciones
Facultad de Ciencias Médicas –UNA
San Lorenzo, Paraguay

Me dirijo a Usted en carácter de miembro del Comité de Evaluación de Licitaciones según Resolución D. Nº 1.868/2.023, a fin de comunicar que no podré asistir a la reunión convocada para la evaluación de las licitaciones previstas en fecha 08/02/2024, por las razones indicadas a continuación:

☐ Vacaciones desde ___/___/____ hasta ___/___/____

☒ Permiso Particular

☐ Examen

☐ Superposición de actividades

☐ Maternidad

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
08/02/2024
Nº 96 FIRMA
HORA 7:00 ACLARACIÓN
Lic. VÍCTOR VILLALBA
Comité de Evaluación
F.C.M. - U.N.A.

Sin otro particular, me despido, atentamente. -

UNIV. CECILIA RECALDE
Miembro del Comité

33