13	5,2	Presión Inspiratoria Alta y Baja.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	5,3	PEEP Bajo.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	5,4	Apnea.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	5,5	Volumen Minuto Alto y Bajo.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	5,6	Volumen Corriente.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	5,7	Frecuencia Respiratoria Alta.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	5,8	Desconexión del paciente.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	5,9	FiO2 Alta y Baja.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	5.10	Baja Presión del suministro de gases.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	5,11	Falla alimentación Eléctrica.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	5,12	Batería baja.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	5,13	Ventilador Inoperante o Falla de Ventilador.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	5,14	Silencio temporal de Alarma.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	6	Suministro de gases	CUMPLE	**17 AL 60**
13	6,1	El equipo podrá contar con compresor o turbina de respaldo, no siendo un requisito excluyente.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	6,2	Oxígeno: Suministro externo de alta presión (Aproximadamente 50 PSI).	CUMPLE	**17 AL 60**
13	6,3	Mangueras de alta presión codificadas para oxígeno con conexiones tipo DISS.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	6,4	Reguladores de presión integrados para el suministro de gases.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	6,5	Mezclador electrónico de Aire-Oxigeno interno.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	7	Generales	CUMPLE	**17 AL 60**
13	7,1	Controlado por microprocesador.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	7,2	Analizador FiO2 interno.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	7,3	Sensor de flujo reusable.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	7,4	Se deberá incluir el reemplazo del sensor de flujo durante el tiempo que dure la garantía	CUMPLE	**17 AL 60**

MS. César Yegros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

0000035

13	7,5	Compensación de compliancia del circuito paciente.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	7,6	compensación de fugas es de al menos 60 LPM	CUMPLE	**17 AL 60**
13	7,7	Compensación automatica de tubo ATC.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	7,8	Pantalla LCD a colores de 12" o mayor para visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas	CUMPLE	**17 AL 60**
13	7,9	Todo el sistema en idioma español.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	7.10	Control mediante pantalla táctil.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	7,11	Conectividad mediante MEDICAL INFORMATION BUS / ISO / IEEE 11073 (Incluyendo accesorios y software necesario para la conexión).	CUMPLE	**17 AL 60**
13	7,12	Capacidad de memorizar último modo programado.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	7,13	Congelamiento de pantalla con posibilidad de medición de parámetros mientras esté en este modo.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	7,14	Autotest o función de verificación de buen funcionamiento.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	7,15	Disponer de una herramienta grafica codificada en colores de forma de indicar visual y fácilmente si los parámetros de weaning se encuentran dentro de los límites aceptables programados por el usuario	CUMPLE	**17 AL 60**
13	7,16	Disponer de un contador que indique durante cuánto tiempo todos los parámetros ya se encuentran en el intervalo aceptable programado	CUMPLE	**17 AL 60**
13	8	Accesorios incluidos (por cada equipo)	CUMPLE	**17 AL 60**
13	8,1	Brazo soporte para circuito paciente. Cantidad mínima: 1(uno) por cada equipo.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	8,2	Base rodante original con al menos cuatro ruedas y freno.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	8,3	Batería de respaldo interna, con 120 minutos de autonomía mínima.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	8,4	Celda o sensor de Oxígeno en caso de requerirse. (Se deberá incluir el reemplazo de la celda de O2 durante el tiempo que dure la garantía).	CUMPLE	**17 AL 60**
13	9	OTRAS CARACTERISTICAS	CUMPLE	**17 AL 60**
13	9,1	Voltaje: 220 ac (min/max), 50Hz con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE7/4 tipo F (Schuko)	CUMPLE	**17 AL 60**
13	9,2	Manuales: Al menos un (01) del usuario o de operación y al menos un (01) manual técnico impreso y una copia en CD, que serán entregados en el momento de la recepción el equipo. Todos los manuales impresos serán originales del fabricante y no fotocopias ni traducciones.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	9,3	Catálogos en idioma Español, Portugués o inglés donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	9,4	Capacitación a usuarios sobre el funcionamiento del equipo y capacitación técnica al personal técnico del Departamento de Electromedicina.	CUMPLE	**17 AL 60**
13	9,5	Se deberá incluir todos los cables, accesorios, insumos y materiales en general que no estén mencionados en las especificaciones técnicas, y que sean necesarios para la instalación y el funcionamiento de los equipos	CUMPLE	**17 AL 60**
13	9,6	Garantía: Un (01) año como mínimo desde la instalación y puesta en funcionamiento.	CUMPLE	**17 AL 60**

Ms. César Negros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

0000054

13	9,7	Mantenimientos preventivos según epecificaciones del fabricante y soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.	CUMPLE	**17 AL 60**

DYSA HEALTHCARE S.A.	
Documentos Requeridos	**Cumple - No Cumple - Solicitar**
Catálogos	CUMPLE
Documentos que acrediten que el Oferente es fabricante del producto que oferta. Tratándose de Agente, Distribuidor o Representante para el Paraguay, deberá presentar la documentación expedida por el Fabricante o Agente Regional, debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones, y cuyo certificado del fabricante debe estar vigente al momento de la apertura.	CUMPLE
Si el producto es de origen nacional deberá presentar Titulo de Marca expedido por la Dirección de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria y Comercio. En caso de que la empresa oferente sea fabricante de el/los producto/s ofertado/s deberá presentar Titulo de Marca expedido por la Dirección de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria y Comercio.	NA
Autorización de Apertura y Funcionamiento como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos, expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS.	CUMPLE
Autorización de Apertura y Funcionamiento como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos, expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS.	CUMPLE
Autorización como empresa IMPORTADOR/EXPORTADOR de fuentes de radiación ionizante, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear(ARRN) creada por Ley 5169/2014 para el Ítem N° 11.	NA
Autorización de la empresa para realizar Servicio Técnico de Reparación y Mantenimiento a Equipos Generadores de Radiación Ionizante emitida Categorías 1,2,3,4 y 5 por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear(ARRN) creada por Ley 5169/2014 para el Ítem N° 11.	NA
El oferente debe contar con personal técnico incluido en el Registro de Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE) otorgado por la ARRN y/o que al menos haya cursado y aprobado la Capacitación de Protección Radiológica dictada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para el Ítem N° 11.	NA
Presentar certificados y/o constancias de haber participado en cursos de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo ofertado y sus programas del personal técnico de la empresa emitida por el fabricante de la marca ofertada.	CUMPLE
Certificados de Calidad según lo solicitado en las especificaciones técnicas de cada ítem ofertado.	CUMPLE
Declaración Jurada que los equipos ofertados son nuevos y no re manufacturados.	CUMPLE
Registro Sanitario de Dispositivos Médicos, emitido por la DNVS, dependiente del MSPyBS o certificado de que se encuentra en trámite CON SELLO DE MESA DE ENTRADA.	CUMPLE
Planilla de datos garantizados	CUMPLE

MS. César Negros
Jefe
Depto de Farmacias

10	3.21.1.4	Detección de pulsos de marcapasos	**NO CUMPLE en el catálogo presentado no se observa lo solicitado en las EETT del PBC.**	5 AL 32
10	3.21.1.5	Protección contra interferencia de defibriladores y electrobisturi	**NO CUMPLE en el catálogo presentado no se observa lo solicitado en las EETT del PBC.**	5 AL 32
10	3.21.1.6	Visualización simultanea de 7 formas de onda de ECG.	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.1.7	Análisis de la variación de la frecuencia cardíaca con gráfico de: tablas, gráficos, tortas o tendencias.	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.1.8	Ancho de banda: Diagnóstico 0.05 a 100Hz o mejor, Monitor 0.5 a 40Hz	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.1.9	Velocidad de barrido: 6.25; 12.5; 25 y 50 mm/s	**NO CUMPLE en el catálogo presentado no se observa lo solicitado en las EETT del PBC.**	5 AL 32
10	3.21.1.10	Rango de ECG: Adulto: 25 LPM o menos, a 250 LPM o más	**NO CUMPLE en el catálogo presentado no se observa lo solicitado en las EETT del PBC.**	5 AL 32
10	3.21.1.11	Posibilidad de análisis de 12 derivaciones: 208 resultados de referencia diagnóstica	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.2	Respiración:	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.2.1	Frecuencia respiratoria:	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.2.2	Adultos: de 0 a al menos 120 rpm	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.2.3	Despliegue de onda de respiración	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.2.4	Indicación de frecuencia respiratoria	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.2.5	Velocidad de barrido: 6.25; 12.5; 25 y 50 mm/s	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.3	SpO2:	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.3.1	3.23.3.1- Despliegue de onda plestimográfica e índice de perfusión.	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.3.2	Indicación de Saturación de Oxígeno de 0 a 100%	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.3.3	Resolución: 1 %	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.3.4	Frecuencia de pulso de 25 LPM o menos, a 250 LPM o más	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.3.5	Presión No Invasiva:	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.3.5	.1- Inflado y desinflado automático del maguito de presión	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.3.5	.2- Configuración de intervalos de tiempo para mediciones automáticas	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.3.5	.3- Despliegue en pantalla de presión Sistólica, Diastólica y media	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.3.5	.4- Despliegue en pantalla de presión sistólica y diastólica	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.3.5	.5- Repetición del modo automático: según rango de especificaciones de cada fabricante de como mínimo entre 1 y 480 minutos.	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.3.5	.6- Rango de medición de presión: 40 a 270mmHg	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.3.5	.7- Prueba de fuga y calibración de presión automática	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.3.5	.8- Doble protección de seguridad de sobrepresión	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.3.6	3.23.5- Presión Invasiva (2 canales):	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.3.7	3.23.5.1- Rango de medición: de -50 a 300 mmHg	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.3.8	3.23.5.2- Medición de presión: ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.4	Temperatura:		5 AL 32

MS. César Yepez
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

0000067

CATETERES Y AFINES S.A.				
ITEM		**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**CUMPLE**	**FOLIO**
10		**MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA PACIENTES ADULTOS**		
10	1	Datos Generales		
10	1,1	Descripción general: Monitor Multiparamétrico para pacientes adultos.		
10	2	Datos provistos por el fabricante		
10	2.1	Marca:		
10	2.2	Origen:		
10	2.3	Modelo		
10	2.4	Año de Fabricación:		
10	2.5	Certificados de Calidad: CE, TÜV, FDA, JIS, al menos 2. Especificar cual norma:	CUMPLE	5 AL 32
10	2.6	Certificado de calidad específica: ISO 13485	NO CUMPLE: No presenta de acuerdo a lo solicitado	5 AL 32
10	2.7	Acorde con Normas de Seguridad: IEC 60601-1; IEC 60601-2	CUMPLE	5 AL 32
10	3		CUMPLE	5 AL 32
10	3,1	Resolución de 800 x 600 pixeles o más.	CUMPLE	5 AL 32
10	3,2	Pantalla Color LCD TFT color, de 12 pulgadas o más	CUMPLE	5 AL 32
10	3,3	Pantalla táctil de forma opcional	CUMPLE	5 AL 32
10	3,4	Módulos para ECG, RESP, SpO2, TEMP, NIBP, IBP	CUMPLE	5 AL 32
10	3,5	Medición de agentes anestésicos con identificación	CUMPLE	5 AL 32
10	3,6	Formas de onda: al menos 6 (seis) ondas graficas de signos vitales	CUMPLE	5 AL 32
10	3,7	Software para OxyCardioRespirograma	**NO CUMPLE en el catálogo presentado no se observa lo solicitado en las EETT del PBC.**	5 AL 32
10	3,8	Cálculos hemodinámicos	CUMPLE	5 AL 32
10	3,9	Cálculo de drogas	CUMPLE	5 AL 32
10	3.10	Posibilidad de conexión en red y a central de monitoreo	CUMPLE	5 AL 32
10	3.11	Almacenamiento de datos:	CUMPLE	5 AL 32
10	3.11-1	Al menos 120 hs. de tendencias gráficas,	CUMPLE	5 AL 32
10	3.11-2	200 mediciones de PNI como mínimo	CUMPLE	5 AL 32
10	3.11-3	120 minutos de ECG o más	CUMPLE	5 AL 32
10	3.12	Salida para llamada a enfermera	CUMPLE	5 AL 32
10	3.13	Batería incorporada de 2 horas de duración o más	CUMPLE	5 AL 32
10	3.14	Visualización de parámetros con cuadro de tendencias dinámicas simultáneamente.	CUMPLE	5 AL 32
10	3.15	Opción de visualizar los parámetros en Números Grandes	CUMPLE	5 AL 32
10	3.16	Deberá contar con manija para transporte integrada al monitor.	CUMPLE	5 AL 32
10	3.17	Protección contra desfibrilación y sincronización de desfibrilación	CUMPLE	5 AL 32
10	3.18	Detección de marcapasos, pruebas de interferencia electroquirúrgica	CUMPLE	5 AL 32
10	3.19	Posibilidad de registrar datos del paciente	CUMPLE	5 AL 32
10	3.20	Parámetros incorporados	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.1	ECG:	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.1.1	Con cable ECG de 3 y 5 latiguillos	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.1.2	Análisis de segmento ST en al menos 2 canales.	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.1.3	Deberá tener como mínimo 10 tipos de arritmias	CUMPLE	5 AL 32

Ms. César Yegros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

000056

10	3.21.4.1	Medición de temperatura por dos canales	**NO CUMPLE en el catálogo presentado no se observa lo solicitado en las EETT del PBC.**	5 AL 32
10	3.21.4.2	Rango de medición de: 25 °C o menos a 45 ºC o más.	CUMPLE	5 AL 32
10	3.21.4.3	Medición de la diferencia de temperatura de los canales	CUMPLE	5 AL 32
10	3.22	Alarmas:	CUMPLE	5 AL 32
10	3.22.1	Alarmas sonoras luminosas	CUMPLE	5 AL 32
10	3.22.2	Distintos tonos de alarma según la gravedad de la misma	CUMPLE	5 AL 32
10	3.22.3	Mensaje de alarma en la pantalla con codificación de color según la gravedad	CUMPLE	5 AL 32
10	3.22.4	Valor numérico de la medición de alarmas con parpadeo en la pantalla	CUMPLE	5 AL 32
10	3.22.5	Configuración de límites de alarmas	CUMPLE	5 AL 32
10	3.22.6	Almacenamiento de 100 sucesos de alarmas como mínimo	CUMPLE	5 AL 32
10	3.23	Impresora:	CUMPLE	5 AL 32
10	3.23.2	Ancho de impresión: 50mm	CUMPLE	5 AL 32
10	3.23.3	Velocidad de papel: 25, 50mm/s	CUMPLE	5 AL 32
10	3.24	Interfaz:	CUMPLE	5 AL 32
10	3.24.1	Puertos USB (al menos uno)	CUMPLE	5 AL 32
10	3.24.2	Lector de tarjeta SD	**NO CUMPLE en el catálogo presentado no se observa lo solicitado en las EETT del PBC.**	5 AL 32
10	3.24.3	Puerto de Red RJ45	CUMPLE	5 AL 32
10	3.24.4	Salida VGA	CUMPLE	5 AL 32
10	3.24.5	Salida análoga y llamado de enfermera	CUMPLE	5 AL 32
10	3.25	Accesorios por cada equipo	CUMPLE	5 AL 32
10	3.25.1	Un Cable para ECG con cable paciente de 5 latiguillos	CUMPLE	5 AL 32
10	3.25.2	Dos Sensores SpO2 reutilizable para pacientes adultos	CUMPLE	5 AL 32
10	3.25.3	Un Mangueras de conexión para presión no invasiva	CUMPLE	5 AL 32
10	3.25.4	Cinco Brazaletes para presión no invasiva para adultos medianos	CUMPLE	5 AL 32
10	3.25.5	Un Cable interfase para presión invasiva	CUMPLE	5 AL 32
10	3.25.6	Cinco Sets de catéteres desechables para PI estériles con fecha de vencimiento a 1 año de la fecha de entrega del material	CUMPLE	5 AL 32
10	3.25.7	Un Sensor de temperatura adulto	CUMPLE	5 AL 32
10	3.25.8	Todos los cables extensores en caso de que se requieran	CUMPLE	5 AL 32
10	3.25.9	1 Batería recargable	CUMPLE	5 AL 32
10	4	OTRAS CARACTERISTICAS	CUMPLE	5 AL 32
10	4,1	Voltaje: 220 ac (min/max), 50Hz con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE7/4 tipo F (Schuko)	CUMPLE	5 AL 32
10	4,2	Manuales: Al menos un (01) del usuario o de operación y al menos un (01) manual técnico impreso y una copia en CD, que serán entregados en el momento de la recepción el equipo. Todos los manuales impresos serán originales del fabricante y no fotocopias ni traducciones.	CUMPLE	5 AL 32
10	4,3	Catálogos en idioma Español, Portugués o inglés donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.	CUMPLE	5 AL 32
10	4,4	Capacitación a usuarios sobre el funcionamiento del equipo y capacitación técnica al personal técnico del Departamento de Electromedicina.	CUMPLE	5 AL 32
10	4,5	Se deberá incluir todos los cables, accesorios, insumos y materiales en general que no estén mencionados en las especificaciones técnicas, y que sean necesarios para la instalación y el funcionamiento de los equipos	CUMPLE	5 AL 32
10	4,6	Garantía: Un (01) año como mínimo desde la instalación y puesta en funcionamiento.	CUMPLE	5 AL 32

MS. César Negros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

00000058

10	4,7	Mantenimientos preventivos según epecificaciones del fabricante y soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.	CUMPLE	5 AL 32
14		**Dermatomo electrico - equipo p/ tomar ingerto de piel**		
14	1	Descripcion		
14	1,1	Set compuesto de: Dermatomo electrico, Dermatomo tipo Watson y Dermatomo de reticulo cutaneo		
14	2	Datos provistos por el Fabricante (por cada componente del set)		
14	1,2	Marca :		
14	1,3	Modelo:		
14	1,4	Origen:		
14	1,5	Dirección Web del fabricante:		
14	1,6	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas	CUMPLE	**33 AL 50**
14	1,7	Normas de calidad generales: ISO 13485.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2	Características	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2,1	Dermatomo electrico		**33 AL 50**
14	2.1.1	Ancho del corte: máximo 78 mm.	NO CUMPLE: Presente ancho de corte de 80mm, supera lo solicitado en las EETT del PBC	**33 AL 50**
14	2.1.2	Espesor de injerto de 0,2 mm, o menos a al menos 1,1 mm.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.1.2.1	Intervalos de escala de 1/10 mm.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.1.2.2	Con sistema de fijación que evite un cambio accidental del espesor del injerto el corte.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.1.3	Carrera de la hoja o golpeteo : 3,1 mm.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.1.4	Esterilizable, a excepción del motor y batería.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.1.5	Peso aproximado del equipo: 2.000 gr.como maximo	NO CUMPLE: Presente peso de 4,400gr, supera lo solicitado en las EETT del PBC	**33 AL 50**
14	2.1.6	Funcionamiento a batería, sin cables.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.1.7	Accesorios a incluir:	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.1.7.1	Baterías recargables. Al menos 2 (dos) juegos de bateria. (mientras un juego es utilizado el otro juego puede ser recargado)	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.1.7.2	Tapa de cierre, esterilizable. 1 (una) unidad.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.1.7.3	Embudo esteril para colocación de batería. 1 (una) unidad.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.1.7.4	Aceite lubricante para el cuidado de los componentes. Presentación en Spray de 300 ml o Gotero de 50 ml. En caso de necesitar lubricación	CUMPLE	**33 AL 50**

Ms. Cesar Yegros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

0000009

14	2.1.8	Contenedor para esterilización y transporte con las siguientes características:	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.1.8.1	CONTENEDOR: Contenedor de Aluminio Anodizado, Resistente, Autoclavable, con Filtros Reutilizables de hasta 1.000 ciclos, con Precintos de Seguridad, Etiqueta de Identificación.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.1.8.2	CESTA: Ideal para la esterilización del equipo, con soportes de seguridad para cada componente, con medida acorde al tamaño del equipo	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.1.10	Al menos 100 cuchillas desechables estériles.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.1.11	Cargador de bateria con al menos 2 puertos de carga	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.1.12	Requerimiento: Hoja dermatomo que se puedan conseguir a la venta en el mercado local.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2,2	Dermatomo tipo Watson	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.2.1	Longitud de al menos 30 cm.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.2.2	Reutilizable.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.2.3	Al menos 100 cuchillas desechables estériles.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.2.4	Requerimiento: Hoja dermatomo que se puedan conseguir a la venta en el mercado local.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.2.4.1	Dermatomo de reticulo cutaneo	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.3.1	Reutizable	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.3.2	Largo exterior: entre 150 mm y 220 mm	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.3.3	Ancho exterior: entre 195 mm y 212 mm	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.3.4	Alto exterior: entre 105 mm y 183 mm	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.3.5	Accesorio a incluir:	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.3.5.1	Placa expansora de piel. Placa de soporte desechable 1:1,5 embalada esteril, al menos 10 unidades	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.3.5.2	Placa expansora de piel. Placa de soporte desechable 1:3 embalada esteril, al menos 10 unidades	CUMPLE	**33 AL 50**
14	2.3.5.3	Placa expansora de piel. Placa de soporte desechable 1:6 embalada esteril, al menos 10 unidades	CUMPLE	**33 AL 50**
14	3	OTRAS CARACTERISTICAS	CUMPLE	**33 AL 50**
14	3,1	Voltaje: 220 ac (min/max), 50Hz con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE7/4 tipo F (Schuko), para los componentes del set que lo requieran	CUMPLE	**33 AL 50**
14	3,2	Manuales: Al menos un (01) del usuario o de operación y al menos un (01) manual técnico impreso y una copia en CD, que serán entregados en el momento de la recepción el equipo. Todos los manuales impresos serán originales del fabricante y no fotocopias ni traducciones.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	3,3	Catálogos en idioma Español, Portugués o inglés donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.	CUMPLE	**33 AL 50**

Lic. César Negros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

000096

14	3,4	Capacitación a usuarios sobre el funcionamiento del equipo y capacitación técnica al personal técnico del Departamento de Electromedicina.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	3,5	Se deberá incluir todos los cables, accesorios, insumos y materiales en general que no estén mencionados en las especificaciones técnicas, y que sean necesarios para la instalación y el funcionamiento de los equipos	CUMPLE	**33 AL 50**
14	3,6	Garantía: Un (01) año como mínimo desde la instalación y puesta en funcionamiento.	CUMPLE	**33 AL 50**
14	3,7	Mantenimientos preventivos según epecificaciones del fabricante y soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.	CUMPLE	**33 AL 50**
20		**CAJA DE CURACIÓN**		
20	1	Caja de curación con instrumentales: caja de curación de 20cms x 10cms x 5cms, aproximadamente, de acero inoxidable, que contenga los siguientes: 01 pinza anatomica sin dientes de 14 cms, 01 pinza anatómica con dientes de 14 cms, 01 pinza hemostatica de 14 cms sin dientes, 01 tijera mayo de 14 cms recta y 01 porta agujas de 14 cms. (Puede ser + - 2 cms), PORTA-AGUJAS MAYO-HEGAR . Cada unidad debe contar con una placa metálica identificadora con el texto "USO EXCLUSIVO HOSPITAL DE CLÍNICAS". GARANTIA ESCRITA.	**CUMPLE**	**51 al 56**
25		**SATUROMETRO**		
25	1	Antigüedad de fabricación de los equipos ofertados: máximo 1 (un) año.Normas de calidad: FDA, CE, JIS. Al menos dos de ellas. Normas de calidad generales: ISO 13485 El equipo deberá contar con software para seleccionar el tipo de paciente entre adulto, pediátrico o neonatal. Se requiere que el oxímetro muestre en pantalla los siguientes parámetros: Saturación (fracción de oxihemoglobina respecto a hemoglobina funcional), Pulso (frecuencia y curva), Despliegue en pantalla LCD de ondas plesthysmográficas, Indicadores luminosos de funciones. El equipo deberá operar con baterías recargables . Deberá contar con tendencias de 24 horas . Deberá contar con alarmas de límites superior e inferior de SpO2 y Pulso programables por parte del usuario. Parámetros: Rango de medición: 35 o menor a 100%; rango de Precisión 75 o menor, al 100% **ACCESORIOS:** 2 (dos) Sensores de dedo tipo pinza para oximetría, reutilizable para pacientes adultos. 1 Manual de Usuario: Idioma Español. 1 (un) Pack de baterías recargables con su correspondiente cargador de la misma marca del equipo. Otros requerimientos: Idioma, paneles y pantalla: Español o con su correspondiente pictografía. Direcciones Web y correo electrónico del fabricante donde se pueda obtener información del producto ofertado. Cada unidad debe contar con una placa metálica identificadora con el texto "USO EXCLUSIVO HOSPITAL DE CLÍNICAS". GARANTIA ESCRITA.	**CUMPLE**	**67 al 68**

CATETERES Y AFINES S.A.	
Documentos Requeridos	**Cumple - No Cumple - Solicitar**
Catálogos	CUMPLE
Documentos que acrediten que el Oferente es fabricante del producto que oferta. Tratándose de Agente, Distribuidor o Representante para el Paraguay, deberá presentar la documentación expedida por el Fabricante o Agente Regional, debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones, y cuyo certificado del fabricante debe estar vigente al momento de la apertura.	CUMPLE
Si el producto es de origen nacional deberá presentar Titulo de Marca expedido por la Dirección de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria y Comercio. En caso de que la empresa oferente sea fabricante de el/los producto/s ofertado/s deberá presentar Titulo de Marca expedido por la Dirección de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria y Comercio.	NA

MS. César Yeros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. / H.C

0000081

Autorización de Apertura y Funcionamiento como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos, expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS.	CUMPLE
Autorización de Apertura y Funcionamiento como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos, expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS.	CUMPLE
Autorización como empresa IMPORTADOR/EXPORTADOR de fuentes de radiación ionizante, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear(ARRN) creada por Ley 5169/2014 para el Ítem N° 11.	NA
Autorización de la empresa para realizar Servicio Técnico de Reparación y Mantenimiento a Equipos Generadores de Radiación Ionizante emitida Categorías 1,2,3,4 y 5 por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear(ARRN) creada por Ley 5169/2014 para el Ítem N° 11.	NA
El oferente debe contar con personal técnico incluido en el Registro de Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE) otorgado por la ARRN y/o que al menos haya cursado y aprobado la Capacitación de Protección Radiológica dictada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para el Ítem N° 11.	NA
Presentar certificados y/o constancias de haber participado en cursos de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo ofertado y sus programas del personal técnico de la empresa emitida por el fabricante de la marca ofertada.	CUMPLE
Certificados de Calidad según lo solicitado en las especificaciones técnicas de cada ítem ofertado.	CUMPLE
Declaración Jurada que los equipos ofertados son nuevos y no re manufacturados.	CUMPLE
Registro Sanitario de Dispositivos Médicos, emitido por la DNVS, dependiente del MSPyBS o certificado de que se encuentra en trámite CON SELLO DE MESA DE ENTRADA.	CUMPLE
Planilla de datos garantizados	CUMPLE

Ing. César Vegros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

000062