Dirección General
Resolución D.G. No. ...62.....

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LA CONTRATACION DIRECTA No.16/2010 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS – SEGUNDO LLAMADO" DESTINADO AL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE.

Luque, 23 de Noviembre del 2010.

VISTO

Los antecedentes administrativos relacionados al llamado a Contratación Directa No 16/2010 **"MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS - SEGUNDO LLAMADO",** destinados al Hospital Regional de Luque.

El Acta de Estudio de Oferta y Recomendación de Adjudicación de fecha veintitrés de noviembre del corriente año.

CONSIDERANDO:

Que el llamado a Contratación Directa, formalizado en acto de apertura de sobres, se han presentado las siguientes empresas: **SCARPE S.R.L., SEMPRO SA, VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L., EDDA INGENIERIA de Edgar Dávalos, DISTRIBUIDORA YPACARAI SA, EXIMPAR S.R.L., OLD PARAGUAY IMPORT-EXPORT.**
Se deja constancia que el sobre perteneciente a la firma OLD PARAGUAY IMPORT-EXPORT se devuelve a la empresa, debido a que fue recibido luego de la hora establecida como tope para la entrega de sobres, según consta en la nota de recepción 09:05 horas.

Que el Comité de Evaluación recomendó la adjudicación a favor de las siguientes firmas: **SCARPE S.R.L., DISTRIBUIDORA YPACARAI SA, VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.**
Que los referidos antecedentes indican que se han cumplido los requisitos y formalidades previstos en la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas y el Decreto Nº 21.909 que lo reglamenta.-

POR TANTO, en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL
R E S U E L V E

Artículo 1º Adjudicar el Llamado de la Contratación Directa No. 16/2010 **"MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS - SEGUNDO LLAMADO"**, a las siguientes firmas:

OFERENTE	MONTO ADJUDICADO
SCARPE S.R.L	3.150.000.-
DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	7.150.550.-
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.	62.284.000.-
TOTAL ADJUDICADO	72.584.550.-

Son guaraníes: Setenta y dos millones quinientos ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta.-

SCARPE S.R.L Guaraníes tres millones ciento cincuenta mil.-
DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.: Guaraníes siete millones ciento cincuenta mil quinientos cincuenta.-
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.: Guaraníes sesenta y dos millones doscientos ochenta y cuatro mil.-

Artículo 2º Disponer que la presente erogación sea financiada con cargo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Hospital Regional de Luque, con fondos provenientes del Presupuesto General de la Nación, correspondiente al Ejercicio 2010.

Artículo 3º Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

DR. Carlos Ferreira Russo
Director General
Hospital Regional de Luque

Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 - 2011

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Hospital de Luque, República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 28

CUADRO DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 16/10

"MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS - SEGUNDO LLAMADO"

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	Presentación	Relación de Medidas	U.M.	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
29	73171602-001	Respirador volumétrico marca bear 1000, serie 11010309, con sus respectivos accesorios. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Falta de ajuste y calibración, sensor de flujo adulto C.P. 011-424-02-5501	Evento	1	Unidad	DYSA	NACIONAL	1	7.150.550	7.150.550
TOTAL ADJUDICADO										**7.150.550**

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Blas Darío Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 - 2011

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Hospital de Luque, República del Paraguay

PARAGUAY TODOS

HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 28

CUADRO DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 16/10

"MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS - SEGUNDO LLAMADO"

SCARPE SRL

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	Presentación	Relación de Medidas	U.M.	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
18	73171602-001	Servocuna luz halógena serie Nº 04 K 61, marca Olidef CZ, modelo Ba- matrix- sc serie 02 H 61. Mantenimiento según manual de mantenimiento del equipo y reparación. Cambio de 2 fusibles. Cambio de accesorios completos. C.P. 011-424-02-9624	Evento	1	Unidad	SCARPE SRL	NACIONAL	1	3.150.000	3.150.000
TOTAL ADJUDICADO										**3.150.000**

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Blas Darío Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 - 2011

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Hospital de Luque, República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 28

CUADRO DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 16/10
"MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS - SEGUNDO LLAMADO"

VIS SRL

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	Presentación	Relación de Medidas	U.M.	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3	73171602-001	Cialítica de techo marca Sismatec, modelo DUP-3-4B. Con serial N° 10042503737. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Cambio de zócalo, focos, plaqueta de encendido. Ajuste de brazo. Limpieza del forzador. C.P. 011-424-02-8327	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	1.900.000	1.900.000
4	73171602-001	Cialítica de techo marca Sismatec, modelo DUP-3-4B. Con serial N° 10042503739. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Cambio de zócalo, focos, plaqueta de encendido. Ajuste de brazo. Limpieza del forzador C.P. 011-424-02-8329	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	1.950.000	1.950.000
5	73171602-001	Cialítica de techo marca Sismatec, modelo DUP-3-4B. Con serial N° 10042503738. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Cambio de zócalo, focos, plaqueta de encendido. Ajuste de brazo. Limpieza del forzador. C.P. 011-424-02-8500	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	1.900.000	1.900.000
7	73171602-001	Monitor multiparamétrico marca Philips modelo MP20, serie DE50403140 (monitor cardiaco configurado). Mantenimiento Preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Revisión de parámetro de saturación, cambio de sensor de saturación, sensor de signos vitales, sensor de presión no invasiva y sensor de oxígeno. C.P. 011-424-02-8326	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	2.500.000	2.500.000

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Matilde Ascona de Samaniego
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Elías Darío Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

8	73171602-001	Cama quirúrgica estructura metálica con colchoneta de color negro con medidas 179X 50X90 CM. Mantenimiento y reparación general según manual de mantenimiento. Reparación de la parte Hidráulica. Cambio de POLIPAC, anillo de reparo original, lubricación, limpieza, pintura y chapería. C.P. 011-424-02-9728	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	1.500.000	1.500.000
10	73171602-001	Cama quirúrgica estructura metálica con colchoneta de color negro con medidas 179X 50X90 CM. Mantenimiento preventivo y correctivo según manual de mantenimiento. Reparación de la parte Hidráulica. Cambio de POLIPAC, anillo de reparo original, lubricación, limpieza, pintura y chapería. C.P. 011-424-02-9730	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	1.500.000	1.500.000
12	73171602-001	Cama quirúrgica estructura metálica con colchoneta de color negro con medidas 197X50X90. Mantenimiento preventivo y correctivo según manual de mantenimiento. Reparación de la parte Hidráulica. Cambio de POLIPAC, anillo de reparo original, lubricación, limpieza, pintura y chapería. C.P. 011-469-66-0017	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	1.500.000	1.500.000
13	73171602-001	Incubadora de alta complejidad marca Olidef CZ serie 04 G 180 Mantenimiento según manual de mantenimiento del equipo y reparación. Cambio de placa. C.P. 011-424-02-9604	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	3.400.000	3.400.000
14	73171602-001	Incubadora de alta complejidad marca Olidef CZ serie 02 H 123 Mantenimiento según manual de mantenimiento del equipo y reparación. Cambio de tapa de la cúpula. Reparación de la carátula de módulo, calibración de temperatura, reparación de alarma de sobrecalentamiento. C.P. 011-424-02-4838	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	3.200.000	3.200.000
15	73171602-001	Incubadora de alta complejidad marca Olidef CZ serie 02 H 125 Mantenimiento según manual de mantenimiento del equipo y reparación. Cambio de sensor de flujo. Reparación del motor. Cambio de 2 tapas. C.P. 011-424-02-4837	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	3.200.000	3.200.000
16	73171602-001	Incubadora de alta complejidad marca Olidef CZ serie 04 G 166 Mantenimiento según manual de mantenimiento del equipo y reparación. Reparación del sensor del reservatorio, reparación de placa. C.P. 011-424-02-9603	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	3.200.000	3.200.000
17	73171602-001	Monitor cardiaco con modulo S/nº DE94536048 marca Philips serie DE00833500, con accesorios: Sensor de saturometro de O2+ cable de interface, cable paciente ECG, latiguillo de tres vías y cinco vías + cable interface. Reparación del Display C.P. 011-424-02-4748	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	4.950.000	4.950.000

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Blas Soto Ruiz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

19	73171602-001	Incubadora estándar o simple marca Olidef CZ serie 211 4 K 42, Mantenimiento según manual de mantenimiento del equipo y reparación. Reparación del motor, cambio de placa en el módulo y culer, cambio de tapa lado izquierdo de la cúpula, cambio de batería. C.P. 011-424-02-9602	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	3.200.000	3.200.000
23	73171602-001	Ecografo abdominal marca Philips serial US 50050621 monitor del ecografo MCN D02AA Type serie M2540-66500. Mantenimiento preventivo del printer y general según manual de mantenimiento del equipo C.P. 011-424-02-8308	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	1.390.000	1.390.000
24	73171602-001	Equipo de ecógrafo marca siemens con impresora serial Nº 54346885.Modelo MC 12E6J3-M1. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Mantenimiento correctivo, cambio de ruedas y falta de transductor C.P. 011-60-06-0015	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	1.150.000	1.150.000
26	73171602-001	Cama quirúrgica estructura metálica con colchoneta de color negro con medidas 197X50X90. Mantenimiento y reparación general según manual de mantenimiento. Reparación de la parte Hidráulica. Cambio de POLIPAC, anillo de reparo original, lubricación, limpieza, pintura y chapería. C.P. 011-424-02-9731	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	480.000	480.000
27	73171602-001	Servocuna luz halógena S/Nº 04 K 62, marca Olidef CZ Modelo Ba-matrix- sc serie 4K 163. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Mantenimiento correctivo, cambio de panel frontal de mandos. Cambio de 2 fusibles. Cambio de accesorios completos C.P. 011-424-02-9622	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	5.900.000	5.900.000
28	73171602-001	Servocuna luz halógena S/nº 04 K 61, marca Olidef CZ modelo Ba-matrix-sc serie 4K 164. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Mantenimiento correctivo, cambio de panel frontal de mandos. Cambio de 2 fusibles. Cambio de accesorios completos. C.P. 011-424-02-9785	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	950.000	950.000
30	73171602-002	Respirador volumétrico marca Intermed, modelo Inter plus 5 serie IP5 2005/01/00780. Mantenimiento Preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Ajuste y calibración, cambio de sensor de flujo adulto. C.P. 011-424-02-9721	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	4.532.000	4.532.000
31	73171602-003	Ventilador volumétrico marca Intermed, modelo Inter plus 5, serie IP5 2005/01/00762. Mantenimiento Preventivo según manual de mantenimiento del equipo. No cicla. Ajuste y calibración, cambio de sensor de flujo adulto. C.P. 011-424-02-9720	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	4.532.000	4.532.000

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Darío Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

32	73171602-004	Fotómetro Bio Systems BTS-310 serial Nº 801032816. Repuestos: (2) tubuladura para bomba peristaltica, (2) lámpara de 12v y 20v (1) disco con todos los filtros C.P. 011-142-24-0035	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	3.150.000	3.150.000
36	73171602-008	Estufa de cultivo marca Olidef CZ modelo ECBL-2 serial 04 E 36. Repuestos (2) resistencia eléctrica (1) sensor de temperatura-termostato) C.P. 011-424-02-9827	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	2.350.000	2.350.000
37	73171602-009	Baño maría marca ST con 2 gradillas. Mantenimiento correctivo y preventivo según manual de mantenimiento del equipo: chequeo pintura, cambio de cable power C.P. 011-469-33-0004	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	200.000	200.000
38	73171602-010	Baño maría con gradilla Z marca Bick King, serial 20044. Mantenimiento preventivo y correctivo según manual de mantenimiento del equipo, chequeo, pintura y cambio de cable power C.P. 011-469-33-0023	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	750.000	750.000
39	73171602-011	Lector de prueba de elisa serie 194032 marca Bio Tek. Mantenimiento preventivo y correctivo según manual de mantenimiento del equipo, cambio de transformador, limpieza y calibración. C.P. 011-469-33-0017	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	1.500.000	1.500.000
40	73171602-012	Lector grabador de prueba de elisa serie 193893 marca Bio Tek. Mantenimiento preventivo y correctivo según manual de mantenimiento del equipo, cambio de transformador, limpieza y calibración. C.P. 011-469-33-0018	Evento	1	Unidad	VIS SRL	NACIONAL	1	1.500.000	1.500.000
TOTAL ADJUDICADO										**62.284.000**

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Dario Ruiz Diaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque