ANEXO X

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referendum a la Ampliación Presupuestaria" - ID 410.102.-

GAESA S.A.

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
29	1	SILLA DE RUEDA PLEGABLE	SILLA DE RUEDA PLEGABLE, CAPACIDAD DE CARGA DE MÁXIMA DE 110 KG. ESTRUCTURA EN ACERO PINTADO, DE FÁCIL PLEGADO, CON POSA BRAZOS FIJOS ACOLCHADOS, POSA PIE RETRÁCTIL, PORTA CARPETA EN LA PARTE TRASERA DE LA SILLA, IMPERMEABLE, TOTALMENTE LAVABLE, CON ASAS DE EMPUJE, RUEDAS DURAS CON CUBIERTAS MACIZAS Y FRENOS DE BLOQUEO. -EL RESPALDERO DEBERÁ CONTENER LA INSCRIPCIÓN "DONADO POR LA DIBEN, PROHIBIDA SU COMERCIALIZACIÓN", EL CUAL SERÁ IMPRESO CON PINTURA IMPERMEABLE O SIMILARES DE MODO QUE NO PUEDA DESVANECERSE CON AGUA U OTRO LÍQUIDO EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	FOSHAN	CHINA	√		

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referendum a la Ampliación Presupuestaria" - ID 410.102.-

PROFARMA S.A.

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
28	1	ÁCIDO HIALURÓNICO 60 MG INYECTABLE	ÁCIDO HIALURÓNICO 60 MG X 4 ML. COMO MÍNIMO	UNIDAD	JERINGA PRECARGADA	Ácido Hialurónico Libra Hyalone	ITALIA	✓		

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referendum a la Ampliación Presupuestaria" - ID 410.102.-

C-BRAY S.A.

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
30	0	AGUJA PARA SUTURA	-	-	-	-	-			
30	1	AGUJA PARA SUTURA	AGUJA PARA SUTURA PARA FIJACIÓN DE LA ZONA PERIFÉRICA DEL MENISCO. DEBE SER SISTEMA TODO-DENTRO (ALL INSIDE, STAY INSIDE), QUE CONSTE DE 7 IMPLANTES DE PEEK Y SUTURA TIPO HI FI, PARA PODER CREAR HASTA SIETE PUNTOS CONTÍNUOS PARA UNA REPARACIÓN SIN NUDOS EN CUALQUIER CONFIGURACIÓN. DEBE SER DESCARTABLE, DE UN SOLO USO	UNIDAD	UNIDAD	Conmed Linvatec	Estados Unidos	√		

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referendum a la Ampliación Presupuestaria" - ID 410.102.-

CODEX S.R.L.

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
11	1	CLAVO PROXIMAL PARA FÉMUR LARGO	CLAVO PROXIMAL PARA FÉMUR LARGO EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO CORRESPONDIENTE TIPO PFN, COMPRESIÓN EN EL TORNILLO DESLIZANTE, HOJA DESLIZANTE ANTIRROTACIONAL POR IMPACTO.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic Kanghui	CHINA			4ta. Oferta (No evaluada)
13	1	CLAVO FRESADO PARA TIBIA	CLAVO FRESADO PARA TIBIA EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO. BLOQUEOS PROXIMALES OBLÍCUOS. TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic Kanghui	CHINA			4ta. Oferta (No evaluada)
15	1	CLAVO FRESADO PARA FÉMUR	CLAVO FRESADO PARA FÉMUR EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO. BLOQUEOS PROXIMALES DE DIRECCIÓN VARIABLE Y MÍNIMO 3 BLOQUEOS DISTALES. TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic Kanghui	CHINA			4ta. Oferta (No evaluada)
16	1	CLAVO RETRÓGRADO PARA FÉMUR	CLAVO RETRÓGRADO DE FÉMUR EN TITANIO.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic Kanghui	CHINA	√		
19	1	PLACA PARA RADIO DISTAL CON TORNILLOS	PLACA DOBLE HILERA ÁNGULO VARIABLE TIPO DVR EN TITANIO, SISTEMA 2.4/2.7 Y ORIFICIOS DE BLOQUEO. MEDIDA EN QUE SE REQUIERA.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic Kanghui	CHINA			3ra. Oferta (No evaluada)
20	1	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA FRESADO TIPO EXPERT	CLAVO TIPO EXPERT PARA TIBIA EN TITANIO.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic Kanghui	CHINA			3ra. Oferta (No evaluada)
33	0	**SISTEMA DE FIJACIÓN DORSAL, LUMBAR Y CERVICAL**	-	-	-	-	-	√		
33	1	TORNILLO PEDICULAR	MULTIAXIALES DE 4.0 A 7.5 MM CON SEGURO DE BLOQUEO A BARRA. MATERIAL DE TITANIO CON FDA. MÁS SET DE INSTRUMENTACIÓN E INSTRUMENTISTA.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic	USA - Puerto Rico	√		
33	2	BARRA DURA	BARRA DURA DE TITANIO DE 5.5 MM. DE 40 MM A 500 MM DE LARGO. MATERIAL CON FDA. SET DE INSERCIÓN, MÁS INSTRUMENTISTA.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic	USA - Puerto Rico	√		
33	3	SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR	SISTEMA DE FIJACIÓN ANTERIOR TRANSPEDICULAR/TRANSVERSAL (SISTEMA DE FIJACIÓN CROSSLINK), PARA BARRAS DE TITANIO DE 5.5 MM. MATERIAL DE TINTANIO CON FDA. SET DE INSERCIÓN, MÁS INSTRUMENTISTA.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic	USA - Puerto Rico	√		
33	4	PLACA AUTOESTABLE PARA COLUMNA CERVICAL CON TORNILLO	PLACA AUTOESTABLE PARA COLUMNA CERVICAL C/TORNILLOS CERVICALES DE TITANIO- TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO. MATERIAL CON FDA, MÁS INSTRUMENTISTA.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic	USA - Puerto Rico	√		
33	5	CAJA INTERSOMÁTICA TLIF	CAJA SEPARADORA DE VÉRTEBRA; MATERIAL PEEK - MEDIDA A REQUERIMIENTO. MATERIAL CON FDA, MÁS SET DE INSERCIÓN E INSTRUMENTISTA.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic	USA - Puerto Rico	√		
33	6	SUSTITUTO ÓSEO BIOLÓGICO	COMPUESTO BIOLÓGICO DE 5 CC PARA RELLENO DE CAVIDADES POR COLOCACIÓN DE IMPLANTES.	UNIDAD	UNIDAD	Medtronic	USA - Puerto Rico	√		

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referendum a la Ampliación Presupuestaria" - ID 410.102.-

CIRUMED de Luis Armando Abbate Cordazzo

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA CABEZA CAMBIABLE 28MM / 32MM. COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO ESTÁNDAR, POLIETILENO UHMWPE. EL VÁSTAGO FEMORAL DEBE TENER 5 MEDIDAS COMO MÍNIMO. LA CABEZA 3 MEDIDAS DE CUELLO COMO MÍNIMO (NORMAL, CORTO Y LARGO). DEBE INCLUIR 2 (DOS) UNIDADES DE CEMENTO QUIRÚRGICO CON Y SIN ATB (A ELECCIÓN DEL MÉDICO).	UNIDAD	UNIDAD	Medacta	Suiza			4ta. Oferta (No evaluada)
5	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN CEMENTADA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN CEMENTADA PULIDA LISA EN ALEACIÓN DE CR-CO-MO. EL COMPONENTE FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 6 MEDIDAS COMO MÍNIMO. LA PRÓTESIS DEBERÁ PODER USARSE CON INJERTO DE BANCO DE HUESOS. OPCIÓN DE COPA CONSTREÑIDA. DEBE INCLUIR CERCLAJE ÓSEO CON INSTRUMENTALES PARA CADERA Y 1 CEMENTO ÓSEO CON ANTIBIÓTICO.	UNIDAD	UNIDAD	Medacta	Suiza		√	Muestra en Aleación de sólo Cr-Co. No contiene Molibdeno.
6	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN NO CEMENTADA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN NO CEMENTADA MODULAR EN TITANIO CON FIJACIÓN DISTAL. EL COMPONENTE PROXIMAL DEBERÁ CONTAR CON 7 MEDIDAS COMO MÍNIMO. EL COMPONENTE DISTAL DEBERÁ CONTAR CON 14 MEDIDAS COMO MÍNIMO, COMPATIBLES CON CABEZA 22, 28, 32 O 36. DEBE INCLUIR CERCLAJE ÓSEO CON INSTRUMENTALES PARA CADERA. COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO CON OPCIÓN DE DOBLE MOVILIDAD Y COPAS MULTIPERFORADAS.	UNIDAD	UNIDAD	Medacta	Suiza	√		
11	1	CLAVO PROXIMAL PARA FÉMUR LARGO	CLAVO PROXIMAL PARA FÉMUR LARGO EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO CORRESPONDIENTE TIPO PFN, COMPRESIÓN EN EL TORNILLO DESLIZANTE, HOJA DESLIZANTE ANTIRROTACIONAL POR IMPACTO.	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	√		
12	1	PLACA TIPO PHILOS PARA HÚMERO	PLACA TIPO PHILOS PARA HÚMERO EN TITANIO. PLACAS DEL TERCIO PROXIMAL CON TORNILLOS DE BLOQUEO CON DIRECCIÓN DE BLOQUEO VARIABLE.	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	√		
13	1	CLAVO FRESADO PARA TIBIA	CLAVO FRESADO PARA TIBIA EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO. BLOQUEOS PROXIMALES OBLÍCUOS. TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS.	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	√		
15	1	CLAVO FRESADO PARA FÉMUR	CLAVO FRESADO PARA FÉMUR EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO. BLOQUEOS PROXIMALES DE DIRECCIÓN VARIABLE Y MÍNIMO 3 BLOQUEOS DISTALES. TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS.	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	√		
19	1	PLACA PARA RADIO DISTAL CON TORNILLOS	PLACA DOBLE HILERA ÁNGULO VARIABLE TIPO DVR EN TITANIO, SISTEMA 2.4/2.7 Y ORIFICIOS DE BLOQUEO. MEDIDA EN QUE SE REQUIERA.	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	√		
20	1	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA FRESADO TIPO EXPERT	CLAVO TIPO EXPERT PARA TIBIA EN TITANIO.	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	√		
21	1	TUTOR EXTERNO TIPO AO	TUTOR EXTERNO TIPO AO, SEGÚN REQUERIMIENTO.	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	√		
22	1	PLACA PREMOLDEADA PARA CLAVÍCULA	PLACA PREMOLDEADA PARA CLAVÍCULA DE TITANIO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	√		
23	1	PLACA PREMOLDEADA PARA HÚMERO DISTAL	PLACA PREMOLDEADA PARA HÚMERO DISTAL EN TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	√		
25	1	ANCLA QUIRÚRGICA STANDARD DE TITANIO SISTEMA 5.0 MM	ANCLA QUIRÚRGICA STANDARD DE TITANIO SISTEMA 5.0 MM	UNIDAD	UNIDAD	Parcus	USA	√		
26	1	ANCLA QUIRÚRGICA STANDARD DE TITANIO SISTEMA 3.5 MM	ANCLA QUIRÚRGICA STANDARD DE TITANIO SISTEMA 3.5 MM	UNIDAD	UNIDAD	Parcus	USA	√		
27	1	CEMENTO QUIRÚRGICO	CON GENTAMICINA DE BAJA VISCOSIDAD, INCLUIDO EN EL KIT DE PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN.	UNIDAD	CAJA	Sinycem	Francia	√		
34	0	**PLACA BLOQUEADA ESPECIAL**	-	-	-	-	-			
34	1	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL C/TORNILLOS	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS.	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	√		
34	2	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL EN T O EN L C/TORNILLOS	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL EN T O EN L, EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS.	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	√		
34	3	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL C/TORNILLOS	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS.	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	√		
34	4	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL C/TORNILLOS	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS.	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	√		
34	5	PLACA PARA RADIO DISTAL CON TORNILLO	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA RADIO DISTAL EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS.	UNIDAD	UNIDAD	Siora	India	√		

Abog. Cesar Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - Dir. Muestras

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referendum a la Ampliación Presupuestaria" - ID 410.102.-

CATÉTERES & AFINES S.A.

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA CABEZA CAMBIABLE 28MM / 32MM. COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO ESTÁNDAR, POLIETILENO UHMWPE. EL VÁSTAGO FEMORAL DEBE TENER 5 MEDIDAS COMO MÍNIMO. LA CABEZA 3 MEDIDAS DE CUELLO COMO MÍNIMO (NORMAL, CORTO Y LARGO). DEBE INCLUIR 2 (DOS) UNIDADES DE CEMENTO QUIRÚRGICO CON Y SIN ATB (A ELECCIÓN DEL MÉDICO).	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	√		
3	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, CABEZA 28 MM / 32MM EN ALEACIÓN DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. EL TALLO FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 7 TAMAÑOS COMO MÍNIMO. CABEZA FEMORAL DE ALEACIÓN DE CR-CO. EL ACETÁBULO DEBERÁ CONTAR CON 8 MEDIDAS COMO MÍNIMO Y POLIETILENO RETICULADO. DEBE INCLUIR TORNILLOS DE FIJACIÓN ACETABULAR.	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	√		
4	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA CABEZA 28 MM / 32MM. EL COTILO ACETABULAR DEBE POSEER RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. DEBE INCLUIR 2 TORNILLOS DE FIJACIÓN. EL VÁSTAGO DEBE INCLUIR RESTRICTOR DE CEMENTO, CENTRALIZADOR Y CEMENTO CON ANTIBIÓTICO.	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	√		
5	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN CEMENTADA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN CEMENTADA PULIDA LISA EN ALEACIÓN DE CR-CO-MO. EL COMPONENTE FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 6 MEDIDAS COMO MÍNIMO. LA PRÓTESIS DEBERÁ PODER USARSE CON INJERTO DE BANCO DE HUESOS. OPCIÓN DE COPA CONSTREÑIDA. DEBE INCLUIR CERCLAJE ÓSEO CON INSTRUMENTALES PARA CADERA Y 1 CEMENTO ÓSEO CON ANTIBIÓTICO.	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	√		
6	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN NO CEMENTADA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN NO CEMENTADA MODULAR EN TITANIO CON FIJACIÓN DISTAL. EL COMPONENTE PROXIMAL DEBERÁ CONTAR CON 7 MEDIDAS COMO MÍNIMO. EL COMPONENTE DISTAL DEBERÁ CONTAR CON 14 MEDIDAS COMO MÍNIMO, COMPATIBLES CON CABEZA 22, 28, 32 O 36. DEBE INCLUIR CERCLAJE ÓSEO CON INSTRUMENTALES PARA CADERA. COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO CON OPCIÓN DE DOBLE MOVILIDAD Y COPAS MULTIPERFORADAS	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	√		
7	1	PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA	PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA MODULAR DERECHA E IZQUIERDA EN ALEACIÓN DE CR-CO-MO. EL COMPONENTE FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 10 MEDIDAS COMO MÍNIMO. EL COMPONENTE TIBIAL DEBERÁ CONTAR COMO MÍNIMO CON 10 MEDIDAS. LA PATELA DEBERÁ CONTAR CON UN MÍMINO DE 3 MEDIDAS. DEBE INCLUIR 2 CEMENTOS QUIRÚRGICOS.	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	√		
31	0	**EQUIPO DE ESTEREOTAXIA**	-	-	-	-	-	√		
31	1	EQUIPO DE ESTEREOTAXIA	EQUIPO DE ESTEREOTAXIA PARA BIOPSIA CEREBRAL Y DRENAJE DE HEMATOMAS Y CIRUGÍA GUIADA POR ESTEREOTAXIA CON SOFTWARE, INCLUIDO PARA CADA PROCEDIMIENTO. CADA KIT DE CÁNULA DE BIOPSIA CEREBRAL DEBERÁ CONTENER: 1 CÁNULA/MANDRIL DE ASPIRACIÓN CON VENTANA, 3 BUJES ADAPTADORES DE AJUSTE RÁPIDO PARA FIJACIÓN AL EQUIPO DE ESTEREOTAXIA, 9 TORNILLOS ESTANDAR (4 TORNILLOS DE 70 MM, 4 TORNILLOS DE 48 MM Y 1 TORNILLO DE 31 MM) + - 2MM, CORRESPONDIENTES PARA FIJACIÓN CRANEANA Y 1 EXTENSIÓN CON LUERLOCK PARA ASPIRACIÓN. LA LONGITUD DE LA CÁNULA DEBE SER DE 243 MM +- 3MM. DIÁMETRO DE 2.1 MM, +- 0,2MM VENTANA DE BIOPSIA DE 10 MM +- 1MM. ESTÉRIL DE UN SOLO USO. EL EQUIPO DEBE ESTAR A DISPOSICIÓN CUANDO EL MÉDICO LO SOLICITE PARA ATENDER CASOS DE URGENCIAS	UNIDAD	KIT	Micromar	Brasil	√		
32	0	**ENDOPRÓTESIS**	-	-	-	-	-	√		
32	1	ENDOPRÓTESIS PARA FÉMUR PROXIMAL	CON ARTICULACIÓN EN CADERA, CEMENTADA.	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	√		
32	2	ENDOPRÓTESIS PARA FÉMUR DISTAL	CON ARTICULACIÓN EN TIBIA, CEMENTADA.	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	√		
32	3	ENDOPRÓTESIS PARA TIBIA PROXIMAL	CON ARTICULACIÓN EN FÉMUR, CEMENTADA.	UNIDAD	UNIDAD	Ak Medical	CHINA	√		

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Eval.Muestras

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referendum a la Ampliación Presupuestaria" - ID 410.102.-

33	0	SISTEMA DE FIJACIÓN DORSAL, LUMBAR Y CERVICAL	-	-	-	-	-		√	No cumple en el Lote
33	1	TORNILLO PEDICULAR	MULTIAXIALES DE 4.0 A 7.5 MM CON SEGURO DE BLOQUEO A BARRA. MATERIAL DE TITANIO CON FDA. MÁS SET DE INSTRUMENTACIÓN E INSTRUMENTISTA.	UNIDAD	UNIDAD	GS Medical	Corea		√	Según muestra y catálogos originales y traducidos no dispone el Totnillo Perdicular con diametro mínimo de 4.0 mm, sólo apartir del 4,5mm.
33	2	BARRA DURA	BARRA DURA DE TITANIO DE 5.5 MM. DE 40 MM A 500 MM DE LARGO. MATERIAL CON FDA. SET DE INSERCIÓN, MÁS INSTRUMENTISTA.	UNIDAD	UNIDAD	GS Medical	Corea	√		Cumple con las muestras de los Ítems 2 al 6. Pero No cumple con la Especificación Técnica del Ítem 1, por lo tanto No Cumpe en el presente Lote 33.
33	3	SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR	SISTEMA DE FIJACIÓN ANTERIOR TRANSPEDICULAR/TRANSVERSAL (SISTEMA DE FIJACIÓN CROSSLINK), PARA BARRAS DE TITANIO DE 5.5 MM. MATERIAL DE TINTANIO CON FDA. SET DE INSERCIÓN, MÁS INSTRUMENTISTA.	UNIDAD	UNIDAD	GS Medical	Corea	√		
33	4	PLACA AUTOESTABLE PARA COLUMNA CERVICAL CON TORNILLO	PLACA AUTOESTABLE PARA COLUMNA CERVICAL C/TORNILLOS CERVICALES DE TITANIO- TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO. MATERIAL CON FDA, MÁS INSTRUMENTISTA.	UNIDAD	UNIDAD	GS Medical	Corea	√		
33	5	CAJA INTERSOMÁTICA TLIF	CAJA SEPARADORA DE VÉRTEBRA; MATERIAL PEEK - MEDIDA A REQUERIMIENTO. MATERIAL CON FDA, MÁS SET DE INSERCIÓN E INSTRUMENTISTA.	UNIDAD	UNIDAD	ANYPLUS	Corea	√		
33	6	SUSTITUTO ÓSEO BIOLÓGICO	COMPUESTO BIOLÓGICO DE 5 CC PARA RELLENO DE CAVIDADES POR COLOCACIÓN DE IMPLANTES.	UNIDAD	UNIDAD	American Surgery	Argentina	√		

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referendum a la Ampliación Presupuestaria" - ID 410.102.-

AS GROUP S.A.

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA CABEZA CAMBIABLE 28MM / 32MM. COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO ESTÁNDAR, POLIETILENO UHMWPE. EL VÁSTAGO FEMORAL DEBE TENER 5 MEDIDAS COMO MÍNIMO. LA CABEZA 3 MEDIDAS DE CUELLO COMO MÍNIMO (NORMAL, CORTO Y LARGO). DEBE INCLUIR 2 (DOS) UNIDADES DE CEMENTO QUIRÚRGICO CON Y SIN ATB (A ELECCIÓN DEL MÉDICO).	UNIDAD	UNIDAD	EXCIA	ALEMANIA			3ra. Oferta (No evaluada)
3	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, CABEZA 28 MM / 32MM EN ALEACIÓN DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. EL TALLO FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 7 TAMAÑOS COMO MÍNIMO. CABEZA FEMORAL DE ALEACIÓN DE CR-CO. EL ACETÁBULO DEBERÁ CONTAR CON 8 MEDIDAS COMO MÍNIMO Y POLIETILENO RETICULADO. DEBE INCLUIR TORNILLOS DE FIJACIÓN ACETABULAR.	UNIDAD	UNIDAD	EXCIA	ALEMANIA		√	Muestra no cumple con la marca EXCIA
4	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA CABEZA 28 MM / 32MM. EL COTILO ACETABULAR DEBE POSEER RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. DEBE INCLUIR 2 TORNILLOS DE FIJACIÓN. EL VÁSTAGO DEBE INCLUIR RESTRICTOR DE CEMENTO, CENTRALIZADOR Y CEMENTO CON ANTIBIÓTICO.	UNIDAD	UNIDAD	EXCIA	ALEMANIA			3ra. Oferta (No evaluada)
6	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN NO CEMENTADA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN NO CEMENTADA MODULAR EN TITANIO CON FIJACIÓN DISTAL. EL COMPONENTE PROXIMAL DEBERÁ CONTAR CON 7 MEDIDAS COMO MÍNIMO. EL COMPONENTE DISTAL DEBERÁ CONTAR CON 14 MEDIDAS COMO MÍNIMO, COMPATIBLES CON CABEZA 22, 28, 32 O 36. DEBE INCLUIR CERCLAJE ÓSEO CON INSTRUMENTALES PARA CADERA. COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO CON OPCIÓN DE DOBLE MOVILIDAD Y COPAS MULTIPERFORADAS	UNIDAD	UNIDAD	EXCIA	ALEMANIA			3ra. Oferta (No evaluada)
7	1	PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA	PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA MODULAR DERECHA E IZQUIERDA EN ALEACIÓN DE CR-CO-MO. EL COMPONENTE FEMORAL DEBERÁ CONTAR CON 10 MEDIDAS COMO MÍNIMO. EL COMPONENTE TIBIAL DEBERÁ CONTAR COMO MÍNIMO CON 10 MEDIDAS. LA PATELA DEBERÁ CONTAR CON UN MÍMINO DE 3 MEDIDAS. DEBE INCLUIR 2 CEMENTOS QUIRÚRGICOS.	UNIDAD	UNIDAD	B. BRAUN COLUMBUS	ALEMANIA	√		
8	1	TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO KUROZAKA	TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO KUROZAKA EN TITANIO EL PAR.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
9	1	SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL TIPO TOGGLELOCK	SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL PARA LCA (TIPO TOGGLELOCK) CON TORNILLO DE INTERFERENCIA EN PEEK	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
11	1	CLAVO PROXIMAL PARA FÉMUR LARGO	CLAVO PROXIMAL PARA FÉMUR LARGO EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO CORRESPONDIENTE TIPO PFN, COMPRESIÓN EN EL TORNILLO DESLIZANTE, HOJA DESLIZANTE ANTIRROTACIONAL POR IMPACTO.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
12	1	PLACA TIPO PHILOS PARA HÚMERO	PLACA TIPO PHILOS PARA HÚMERO EN TITANIO. PLACAS DEL TERCIO PROXIMAL CON TORNILLOS DE BLOQUEO CON DIRECCIÓN DE BLOQUEO VARIABLE	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
13	1	CLAVO FRESADO PARA TIBIA	CLAVO FRESADO PARA TIBIA EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO. BLOQUEOS PROXIMALES OBLÍCUOS. TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA			3ra. Oferta (No evaluada)
14	1	CLAVO NO FRESADO PARA TIBIA	CLAVO NO FRESADO PARA TIBIA EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO. BLOQUEOS PROXIMALES OBLÍCUOS. TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
15	1	CLAVO FRESADO PARA FÉMUR	CLAVO FRESADO PARA FÉMUR EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO. BLOQUEOS PROXIMALES DE DIRECCIÓN VARIABLE Y MÍNIMO 3 BLOQUEOS DISTALES. TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA			3ra. Oferta (No evaluada)
16	1	CLAVO RETRÓGRADO PARA FÉMUR	CLAVO RETRÓGRADO DE FÉMUR EN TITANIO.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
18	1	PLACA EN T SISTEMA 3.5 MM	PLACA EN T SISTEMA 3,5 MM. BLOQUEADA EN TITANIO CON TORNILLOS CORTICALES Y ESPONJOSOS, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
19	1	PLACA PARA RADIO DISTAL CON TORNILLOS	PLACA DOBLE HILERA ÁNGULO VARIABLE TIPO DVR EN TITANIO, SISTEMA 2.4/2.7 Y ORIFICIOS DE BLOQUEO. MEDIDA EN QUE SE REQUIERA.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA			4ta. Oferta (No evaluada)
20	1	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA FRESADO TIPO EXPERT	CLAVO TIPO EXPERT PARA TIBIA EN TITANIO.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA			4ta. Oferta (No evaluada)
21	1	TUTOR EXTERNO TIPO AO	TUTOR EXTERNO TIPO AO, SEGÚN REQUERIMIENTO.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
22	1	PLACA PREMOLDEADA PARA CLAVÍCULA	PLACA PREMOLDEADA PARA CLAVÍCULA DE TITANIO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titu
Consejo de Administración - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Eval.Muestras

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referendum a la Ampliación Presupuestaria" - ID 410.102.-

23	1	PLACA PREMOLDEADA PARA HÚMERO DISTAL	PLACA PREMOLDEADA PARA HÚMERO DISTAL EN TITANIO	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
34	0	**PLACA BLOQUEADA ESPECIAL**	-	-	-	-	-	√		
34	1	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL C/TORNILLOS	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
34	2	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL EN T O EN L C/TORNILLOS	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL EN T O EN L, EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
34	3	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL C/TORNILLOS	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
34	4	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL C/TORNILLOS	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		
34	5	PLACA PARA RADIO DISTAL CON TORNILLO	PLACA AUTOCOMPRESIVA BLOQUEADA PARA RADIO DISTAL EN TITANIO CON DIRECCIÓN VARIABLE DE BLOQUEO, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS CON TORNILLOS.	UNIDAD	UNIDAD	ZIMEDE	CHINA	√		

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referendum a la Ampliación Presupuestaria" - ID 410.102.-

ALL MED de Ana Leiva Orué

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA.	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA CABEZA CAMBIABLE 28MM / 32MM. COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO ESTÁNDAR, POLIETILENO UHMWPE. EL VÁSTAGO FEMORAL DEBE TENER 5 MEDIDAS COMO MÍNIMO. LA CABEZA 3 MEDIDAS DE CUELLO COMO MÍNIMO (NORMAL, CORTO Y LARGO). DEBE INCLUIR 2 (DOS) UNIDADES DE CEMENTO QUIRÚRGICO CON Y SIN ATB (A ELECCIÓN DEL MÉDICO).	UNIDAD	UNIDAD	FICO	ARGENTINA	√		
2	1	PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA TIPO THOMPSON	PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA TIPO THOMPSON CON CEMENTO QX DE CUELLO ESTÁNDAR.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA	√		
4	1	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA CABEZA 28 MM / 32MM. EL COTILO ACETABULAR DEBE POSEER RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. DEBE INCLUIR 2 TORNILLOS DE FIJACIÓN. EL VÁSTAGO DEBE INCLUIR RESTRICTOR DE CEMENTO, CENTRALIZADOR Y CEMENTO CON ANTIBIÓTICO.	UNIDAD	UNIDAD	ORTOSINTESE	BRASIL		√	No tiene los recubrimiento requeridos (de plasma spray o rugoso de titanio puro)
8	1	TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO KUROZAKA	TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO KUROZAKA EN TITANIO EL PAR.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA	√		
11	1	CLAVO PROXIMAL PARA FÉMUR LARGO	CLAVO PROXIMAL PARA FÉMUR LARGO EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO CORRESPONDIENTE TIPO PFN, COMPRESIÓN EN EL TORNILLO DESLIZANTE, HOJA DESLIZANTE ANTIRROTACIONAL POR IMPACTO.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA			3ra. Oferta (No evaluada)
12	1	PLACA TIPO PHILOS PARA HÚMERO	PLACA TIPO PHILOS PARA HÚMERO EN TITANIO. PLACAS DEL TERCIO PROXIMAL CON TORNILLOS DE BLOQUEO CON DIRECCIÓN DE BLOQUEO VARIABLE.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA			3ra. Oferta (No evaluada)
13	1	CLAVO FRESADO PARA TIBIA	CLAVO FRESADO PARA TIBIA EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO. BLOQUEOS PROXIMALES OBLÍCUOS. TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA	√		
14	1	CLAVO NO FRESADO PARA TIBIA	CLAVO NO FRESADO PARA TIBIA EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO. BLOQUEOS PROXIMALES OBLÍCUOS. TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA	√		
15	1	CLAVO FRESADO PARA FÉMUR	CLAVO FRESADO PARA FÉMUR EN TITANIO CON PERNOS DE BLOQUEO. BLOQUEOS PROXIMALES DE DIRECCIÓN VARIABLE Y MÍNIMO 3 BLOQUEOS DISTALES. TORNILLOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE BENEFICIARIOS.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA		√	Muestra sólo permite 2 bloqueos Distales.(se verificó solo dos agujeros en lado distal)
17	1	CLAVO RETRÓGRADO PARA TIBIA	CLAVO RETRÓGRADO DE TIBIA EN TITANIO.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA	√		
18	1	PLACA EN T SISTEMA 3.5 MM	PLACA EN T SISTEMA 3,5 MM. BLOQUEADA EN TITANIO CON TORNILLOS CORTICALES Y ESPONJOSOS, ORIFICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA	√		
19	1	PLACA PARA RADIO DISTAL CON TORNILLOS	PLACA DOBLE HILERA ÁNGULO VARIABLE TIPO DVR EN TITANIO, SISTEMA 2.4/2.7 Y ORIFICIOS DE BLOQUEO. MEDIDA EN QUE SE REQUIERA.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA	√		
24	1	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA FRESADO TIPO EXPERT	CLAVO TIPO EXPERT PARA TIBIA EN TITANIO.	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA	√		
25	1	ANCLA QUIRÚRGICA STANDARD DE TITANIO SISTEMA 5.0 MM	ANCLA QUIRÚRGICA STANDARD DE TITANIO SISTEMA 5.0 MM	UNIDAD	UNIDAD	MATRIX	INDIA	√		

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referendum a la Ampliación Presupuestaria" - ID 410.102.-

DISTRIBUIDORA ASUNCIÓN de Néstor Vega Soria

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
29	1	SILLA DE RUEDA PLEGABLE	SILLA DE RUEDA PLEGABLE, CAPACIDAD DE CARGA DE MÁXIMA DE 110 KG. ESTRUCTURA EN ACERO PINTADO, DE FÁCIL PLEGADO, CON POSA BRAZOS FIJOS ACOLCHADOS, POSA PIE RETRÁCTIL, PORTA CARPETA EN LA PARTE TRASERA DE LA SILLA, IMPERMEABLE, TOTALMENTE LAVABLE, CON ASAS DE EMPUJE, RUEDAS DURAS CON CUBIERTAS MACIZAS Y FRENOS DE BLOQUEO. -EL RESPALDERO DEBERÁ CONTENER LA INSCRIPCIÓN "DONADO POR LA DIBEN, PROHIBIDA SU COMERCIALIZACIÓN", EL CUAL SERÁ IMPRESO CON PINTURA IMPERMEABLE O SIMILARES DE MODO QUE NO PUEDA DESVANECERSE CON AGUA U OTRO LÍQUIDO EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	FS Foshan Wheelchair	CHINA	✓		

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

EVALUACIÓN DE MUESTRAS

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referendum a la Ampliación Presupuestaria" - ID 410.102.-

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA

Lote	Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones Técnicas	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
29	1	SILLA DE RUEDA PLEGABLE	SILLA DE RUEDA PLEGABLE, CAPACIDAD DE CARGA DE MÁXIMA DE 110 KG. ESTRUCTURA EN ACERO PINTADO, DE FÁCIL PLEGADO, CON POSA BRAZOS FIJOS ACOLCHADOS, POSA PIE RETRÁCTIL, PORTA CARPETA EN LA PARTE TRASERA DE LA SILLA, IMPERMEABLE, TOTALMENTE LAVABLE, CON ASAS DE EMPUJE, RUEDAS DURAS CON CUBIERTAS MACIZAS Y FRENOS DE BLOQUEO. -EL RESPALDERO DEBERÁ CONTENER LA INSCRIPCIÓN "DONADO POR LA DIBEN, PROHIBIDA SU COMERCIALIZACIÓN", EL CUAL SERÁ IMPRESO CON PINTURA IMPERMEABLE O SIMILARES DE MODO QUE NO PUEDA DESVANECERSE CON AGUA U OTRO LÍQUIDO EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	JIANGSU INTCO MEDICAL PRODUCTS CO. LTD.	CHINA			3ra. Oferta (No evaluada)

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN