PARAGUAY TODOS Y TODAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PR / DBS / N° 1452 /2011

MEMORANDUM

PARA	: Presidencia y Consejo de Administración.-
DE	: Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.-
REFERENCIA	: Informe de Evaluación LPN SBE N° 38/11.-
LUGAR Y FECHA	: Asunción, 28 de noviembre de 2.011.-

Con relación al tema de referencia, se eleva a consideración del Señor Presidente y por su intermedio al Consejo de Administración el Informe Final de Evaluación correspondiente a la Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 38/11 "*Adquisición de Microscopios para el IPS*", refrendado por esta Dirección conforme a lo establecido en el Art. 10° del Decreto Reglamentario N° 21.909/03.-

Muy respetuosamente.-

LIC. ROBERTO D. TRABUCO QUEVEDO
DIRECTOR
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. ROBERTO TRABUCO QUEVEDO
DIRECTOR
DIRECCION DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SECRETARIA DE CONSEJO
RECIBIDO
30 NOV 2011
11:00
I.P.S.
CAJA CENTRAL

Pablo Britos Maldanas
Sección Mesa de Entrada
Secretaría del Consejo de Administración - IPS

ADJ. 8 COPIAS + GARP.
COPIAS OFERTAS.
* PM y A. SA (2)
* EXIMPAR (2)
* INSITU SA (2)
* BIOTEC DEL PARAGUAY (2)
* ARGON SRL (2).
* CMARPIENTER (1)

PROYECTO DE RESOLUCION

Asunción,.....de.....de.....2011

RESOLUCIÓN N°.....

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 38/11 SBE "ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA EL IPS".----------

VISTO:

El memorando PR/ DBS N° -------/11, de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios por el que pone a consideración del Consejo de Administración el Informe Final de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación Publica Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 38/11 "**ADQUISICION DEMICROSCOPIOS PARA EL IPS".**

CONSIDERANDO:

Por Memorándum DASDEM/N° 0042/2011, de fecha 25 de abril de 2011, el Dpto. de Electromedicina, dependiente de la Dirección de Apoyo y Servicios, solicita iniciar los trámites del llamado para la Licitación Pública Nacional "ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA EL IPS", adjuntando las especificaciones técnicas.----------

Por Resolución N° 064-010/11 de fecha 4 de agosto de 2011, en el Art. 1°) Autoriza el llamado a la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 38/2011 **"ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA EL IPS", conforme a la normativa vigente** y aprueba el Pliego de Bases y Condiciones disponiéndose se proceda a la publicación y a su difusión a través del Sistema de Información de Contrataciones Publicas y a través de la página Web del Instituto de Previsión Social, de conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.----------

Por, Nota PRDGBS N° 11/11 de fecha 29 de agosto de 2011, se pone a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones el llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 38/11 **"ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA EL IPS".----------**

Por Memorándum DFI/DPR/PR2 N° 006965/11 de fecha 2 de agosto de 2011 el Departamento de Presupuesto informa que presenta Disponibilidad Presupuestaria para el Rubro 530 "Adquisición de Microscopios para el IPS" del Programa N° 2 Asistencia Médica General por la suma de Gs. 410.000.000 (Guaraníes cuatrocientos diez millones), que afecta el Ejercicio Año 2011. La contratación es PLURIANUAL por un Total de Gs.820.000.000-, quedando la diferencia sujeta a la aprobación presupuestaria del ejercicio correspondiente. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 000001428 de fecha 2 de agosto de 2011.-

De conformidad al Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID N° 221894 de fecha 11 de octubre de 2011, y de conformidad al Acta N° 078/11 de fecha 14 de octubre de 2011, siendo las 9.00 horas se ha procedido a la apertura del sobre oferta de las empresas que se presentaron al llamado de acuerdo al siguiente detalle: **1. CHARPENTIER SRL.**: Según Planilla de Precios oferta por un monto de Gs. 239.550.000.- (Guaraníes Doscientos Treinta y Nueve Millones Quinientos Mil)) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 9.000.000 (Guaraníes nueve millones) Empresa Aseguradora: La

Jefa Oficina de Seguros
O.G.P.C.

Abogado - Mat. N° 3406
Dirección Jurídica

ABOG. NILDA GLADYS GARCETE

Consolidada SA. De Seguros 2. **ARGON SRL.:** Según Planilla de Precios oferta por un monto de Gs. 333.608.000.- (Guaraníes Trescientos Treinta y Tres Millones Seiscientos Ocho Mil) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 35.000.000.- (Guaraníes Treinta y Cinco Millones) Empresa Aseguradora: La Consolidada SA. De Seguros 3. **BIOTEC DEL PARAGUAY SRL.:** Según Planilla de Precios oferta por un monto de Gs. 285.499.972.- (Guaraníes Doscientos Ochenta y Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 9.000.000- (Guaraníes Nueve Millones) Empresa Aseguradora: Rumbo SA. De Seguros 4. **M. P. y A. SA.:** Según Planilla de Precios oferta por un monto de Gs. 434.009.936.- (Guaranies Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones Nueve Mil Novecientos Treinta y Seis) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 60.000.000- (Guaraníes Sesenta Millones) Empresa Aseguradora: Imperio SA. De Seguros 5. **EXIMPAR SRL.:** Según Planilla de Precios oferta por un monto de Gs.303.832.980 (Guaranies Trescientos Tres Millones Ochocientos Treinta y dos Mil Novecientos Ochenta) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 17.000.000.- (Guaraníes Diez y Siete Millones Quinientos mil) Empresa Aseguradora: La Consolidada SA. De Seguros 6. **IN SITU SA.:** Según Planilla de Precios oferta por un monto de Gs. 369.699.988.- (Guaranies Trescientos Sesenta y Nueve Seiscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Ocho) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 12.900.000- (Guaraníes Sesenta Millones) Empresa Aseguradora: Asepasa 7. **MICRONAL SRL.:** Según Planilla de Precios oferta por un monto de Gs. 537.278.000.- (Guaranies Quinientos Treinta y Siete Millones Seiscientos noventa y nueve Mil) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 22.000.000- (Guaraníes veinte y Dos Millones) Empresa Aseguradora: Seguro Chaco SA.-------
----------.

Que, en su Informe Final la Comisión Evaluadora de Ofertas sugiere adjudicar a las siguientes firmas: BIOTEC DEL PARA0GUAY SRL. EXIMPAR SRL.. CHARPENTIER *por* dar cumplimiento a los requisitos técnicos y legales requeridos en el PBC y en las leyes vigentes en la materia y se desestima la oferta presentada por la firma M.P. y A. S.A. por no dar cumplimiento a lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones referente a RATIOS FINANCIEROS.

Por tanto, en uso de sus atribuciones

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE

1°) **ADJUDICAR** la Licitación Publica Nacional SBE N° 38/11 *"ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA EL IPS"* conforme al siguiente cuadro:

1. BIOTEC DEL PARAGUAY SRL.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	COSTO UNITARIO C/IVA	COSTO TOTAL C/IVA
1	41111709-001	MICROSCOPIO BINOCULAR	68	Unidad	Unidad	Labovision	India	4.198.529	285.499.972.
Total – IVA Incluido									285.499.972

Son Guaranies: Doscientos ochenta y cinco millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos setenta y dos (IVA Incluido)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ana Ramírez R.
Jefa Oficina de Seguros
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado - Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica

ABOG. NILDA [illegible]

2. **EXIMPAR SRL..**

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	COSTO UNITARIO C/IVA	COSTO TOTAL C/IVA
2	41111727-001	MICROSCOPIO TRINOCULAR	1	Unidad	Unidad	ZEISS	Alemania	18.276.500	18.276.500
Total – IVA Incluido									18.276.500

Son Guaranies: Díez y ocho millones doscientos setenta y seis mil quinientos (IVA Incluido)

3. **CHARPENTIER.** → Verificar

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ARTICULO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	COSTO UNITARIO C/IVA	COSTO TOTAL C/IVA
3	41111709-002	MICROSCOPIO DE DOBLE CABESAL.	1	Unidad	Unidad	PROWAY	CHINA	12.750.000	12.750.000.
Total – IVA Incluido									12.750.000.

Son Guaranies: Doce millones setecientos cincuenta mil (IVA Incluido)

TOTAL ADJUDICADO EN LA LPN 38/11 ES DE GUARANIES: 316.526.972.-

2°) Autorizar a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, a través del Departamento de contratos la elaboración del contrato, resultante de la adjudicación, y notificar de la misma a las empresas adjudicadas y la presentación de los documentos respectivos para la firma del contrato.

3°) Autorizar al Presidente del Instituto de Previsión Social la firma del Contrato conjuntamente con los miembros de la Comisión Especial de Estudio de Ofertas.

4°) Designar a la Dirección de Apoyo y Servicios como Administrador del Contrato.

5°) Autorizar a la Dirección Financiera a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a proceder al pago correspondiente, contra presentación de facturas y previo informe de recepción.-

6°) Imputar la erogación al rubro correspondiente al presente Ejercicio Fiscal.

7°) Comunicar a quién corresponda y archivar.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ana Ramírez R.
Jefa Oficina de Seguros
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha Valdez M.
Abogada - Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica

ABOG. NILDA G. APUY GARCETE

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

MEMORANDUM

Para: **Dirección de Gestión de Bienes y Servicios**
De: **Comisión Especial de Estudio de Ofertas,** LPN **Nº 38/11.-**
Ref.: **Informe de Evaluación**
Fecha: **Asunción, 8 de noviembre de 2011.**

Por el presente se eleva a consideración de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios y por su intermedio al Consejo de Administración, el Informe de Evaluación de la Oferta presentada en el marco de la Licitación Publica Nacional Nº 38/11 para la **"ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA EL IPS"**, con las correcciones solicitada por memorándum de fecha 7 de noviembre de 2011.-

Se adjunta al presente Memorándum los siguientes documentos:

1. Carpeta de Antecedentes
2. Oferta Original de las empresas:
   CHARPENTIER SRL.
   ARGON SRL.
   BIOTEC DEL PARAGUAY SRL.
   P.M.Y.A. SA.
   EXIMPAR SRL.
   IN SITU SA.
   MICRONAL SRL.
3. Proyecto de Resolución LPN Nº 38/11.

Atentamente,

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Ana Ramírez R.
Jefa Oficina de Seguros
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
LIC. GILBERTO ROMERO B.
Recibido por: Oficina de Coordinación DGS - IPS
Fecha: 8 / 11 / 11 Hora: 9:40

Licitación Publica Nacional N° 38/11 SBE ID221894.
"Adquisición de Microscopios para el IPS"

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los once días del mes de noviembre de 2011, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas inherentes a la Licitación Publica Nacional N° 38/2011 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA **"ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA EL IPS"**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la **Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y el Art. 61 del **Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el **Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003 y** demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

Por Acta de la Secretaria General del Instituto se designa la Comisión Evaluadora, disponiendo la integración de los siguientes funcionarios: Abog. Ana Ramirez Rodríguez, por la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, Señor Pablo Emanuel Miranda Alcaraz, en representación de la Dirección de Apoyo y Servicios y la Abog. Mirta Elizabeth Valdez Mancuello, en representación de la Dirección Jurídica de la Institución y como miembro certificada por la DNCP la Abog. Gladys Garcete, por la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

1. ANTECEDENTES

Por Memorándum DASDEM/N° 0042/2011, de fecha 25 de abril de 2011, el Dpto. de Electromedicina, dependiente de la Dirección de Apoyo y Servicios, solicita iniciar los trámites del llamado para la Licitación Pública Nacional "ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA EL IPS", adjuntando las especificaciones técnicas,

Por Resolución N° 064-010/11 de fecha 4 de agosto de 2011, en el Art. 1°) Autoriza el llamado a la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 38/2011 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA **"ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA EL IPS", conforme a la normativa vigente** y aprueba el Pliego de Bases y Condiciones disponiéndose se proceda a la publicación y a su difusión a' través del Sistema de Información de Contrataciones Publicas y a través de la página Web del Instituto de Previsión Social, de conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.

Por Memorándum DBS/DLI/N° 0580/2011 de fecha 18 de julio de 2011, el Departamento de Licitaciones solicita la reprogramación del llamado LPN N° 38/11, de modo que afecte al periodo 2013.

Por, Nota PRDGBS N° 1122/11 de fecha 29 de agosto de 2011, se pone a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones el llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 38/11 **"ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA EL IPS"** por SUBASTA A LA BAJA.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por MEMORANDUN DBS/TC/N1 1144/2011 de fecha 12 de agosto de 2011, la Unidad Técnica de Contrataciones solicita la anulación de la CDP N° 1428/11 y la remisión por mismo monto de Gs. 410.000.000.- el pedido obedece a la necesidad de reprogramar el ID 221894 como SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA.

Por Memorandun DBS/TC/N° 1071/2011 la Unidad Técnica de Contrataciones informa la anulación del CDP N° 1332/2011 de fecha 23 de junio de 2011 por un valor de Gs. 738.000.000.- y solicita la expedición de un nuevo CDP por un Total de Gs. 410.000.000.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Ana Ramirez Rodríguez Jefa Oficina de Seguros

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Mirta E. Valdez Abogada - Mat. N° Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Pablo Miranda Sección Electromedicina Área Interior y Central

ABOG. MILDA GLADYS GARCETE

Por Memorándum DFI/DPR/PR2 N° 007597/11 de fecha 29 de agosto de 2011 el Departamento de Presupuesto informa que presenta Disponibilidad Presupuestaria para el Rubro 530 "Adquisición de Microscopios para el IPS" del Programa N° 2 Asistencia Médica General por la suma de Gs. 410.000.000 (Guaraníes cuatrocientos diez millones), que afecta el Ejercicio Año 2011. La contratación es PLURIANUAL por un Total de Gs.820.000.000-, quedando la diferencia sujeta a la aprobación presupuestaria del ejercicio correspondiente. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 000001488 de fecha 29 de agosto de 2011.-

3. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

3.1-ACTA DE SESION PUBLICA VIRTUAL: Subasta a la Baja Electrónica SBE ID N° 221894

Se anexa al presente informe el Acta de la Sesión Pública Virtual de fecha 11 de Octubre de 2011- 9.02 horas.

3.2. ACTA DE APERTURA DE SOBRES -

De conformidad al Acta N° 078/11 de fecha 14 de octubre de 2011, siendo las 9.00 horas se ha procedido a la apertura del sobre oferta de las empresas que se presentaron al llamado de acuerdo al siguiente detalle:

1. **CHARPENTIER SRL.:** Según Planilla de Precios oferta por un monto de Gs. 239.550.000.- (Guaraníes Doscientos Treinta y Nueve Millones Quinientos Mil)) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 9.000.000 (Guaraníes nueve millones) Empresa Aseguradora: La Consolidada SA. De Seguros.-

2. **ARGON SRL.:** Según Planilla de Precios oferta por un monto de Gs. 333.608.000.- (Guaraníes Trescientos Treinta y Tres Millones Seiscientos Ocho Mil) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 35.000.000.- (Guaraníes Treinta y Cinco Millones) Empresa Aseguradora: La Consolidada SA. De Seguros.-

3. **BIOTEC DEL PARAGUAY SRL.:** Según Planilla de Precios oferta por un monto de Gs. 285.499.972.- (Guaraníes Doscientos Ochenta y Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 9.000.000- (Guaraníes Nueve Millones) Empresa Aseguradora: Rumbo SA. De Seguros -.

4. **M. P. y A. SA.:** Según Planilla de Precios oferta por un monto de Gs. 434.009.936.- (Guaranies Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones Nueve Mil Novecientos Treinta y Seis) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 60.000.000- (Guaraníes Sesenta Millones) Empresa Aseguradora: Imperio SA. De Seguros -.

5. **EXIMPAR SRL.:** Según Planilla de Precios oferta por un monto de Gs.303.832.980 (Guaranies Trescientos Tres Millones Ochocientos Treinta y dos Mil Novecientos Ochenta) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 17.000.000.- (Guaraníes Diez y Siete Millones Quinientos mil) Empresa Aseguradora: La Consolidada SA. De Seguros.-

6. **IN SITU SA.:** Según Planilla de Precios oferta por un monto de Gs. 369.699.988.- (Guaranies Trescientos Sesenta y Nueve Seiscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Ocho) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 12.900.000- (Guaraníes Sesenta Millones) Empresa Aseguradora: Asepasa.-

7. **MICRONAL SRL.:** Según Planilla de Precios oferta por un monto de Gs. 537.278.000.- (Guaranies Quinientos Treinta y Siete Millones Seiscientos noventa y nueve Mil) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 22.000.000- (Guaraníes veinte y Dos Millones) Empresa Aseguradora: Seguro Chaco SA.-.

ABOG. NILDA MELADYS GAROCETE

Abog. Ana Ramírez R.
Jefe Oficina de Seguros
D.G.B.S.

4. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL

N° de Orden	Documentos Substanciales	CHARPENTIER SRL.	ARGON SRL.	BIOTEC DEL PARAGUAY SRL.	P.M.Y A. SA.	EXIMPAR SRL.	IN SITU SA.	MICRONAL SRL.
		CUMPLE /NO CUMPLE	CUMPLE /NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Formulario de Presentación de la Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Formulario de Lista de Precios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP N° 330/07)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

A continuación se detalla la tabla comparativa de precios:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ana Rodríguez R.
Jefa Oficina de Seguros
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Matrícula N° 5406
Dirección Jurídica

ABOG. NILDA GLADYS GARCETE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

Licitación Publica Nacional N° 38/1[illegible]SBE ID221894.
"Adquisición de Microscopios para el IPS"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

PARA EL ITEM 1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	EMPRESA	MARCA	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	41111709-001	Microscopio binocular	Charpentier	PROWAY	68	unidad	unidad	3.200.000	217.600.000
1	41111709-001	Microscopio binocular	Biotec del Py. S.R.L	LABOVISION	68	unidad	unidad	4.198.529	285.499.972
1	41111709-001	Microscopio binocular	Argon S.R.L	MOTIC	68	unidad	unidad	4.906.000	333.608.000
1	41111709-001	Microscopio binocular	Eximpar S.R.L.	ZEISS	68	unidad	unidad	4.199.360	285.556.480
1	41111709-001	Microscopio binocular	IN SITU S.A.	LABOMED - USA	68	unidad	unidad	4.852.941	329.999.988
1	41111709-001	Microscopio binocular	P.M. Y A.S.A.	MOTIC	68	unidad	unidad	5.589.852	380.109.936
1	41111709-001	Microscopio binocular	Micronal S.R.L	Olympus	68	unidad	unidad	5.863.235	398.699.980

PARA EL ITEM 2

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	EMPRESA	MARCA	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
2	41111727-001	Microscopio trinocular	Charpentier	PROWAY	1	unidad	unidad	9.200.000	9.200.000
2	41111727-001	Microscopio trinocular	Biotec del Py. S.R.L	no cotizo	1	no cotizo	no cotizo	no cotizo	no cotizo
2	41111727-001	Microscopio trinocular	Argon S.R.L	no cotizo	1	no cotizo	no cotizo	no cotizo	no cotizo
2	41111727-001	Microscopio trinocular	Eximpar S.R.L.	ZEISS	1	unidad	unidad	18.276.500	18.276.500
2	41111727-001	Microscopio trinocular	IN SITU S.A.	LABOMED - USA	1	unidad	unidad	25.700.000	25.700.000
2	41111727-001	Microscopio trinocular	P.M. Y A.S.A.	MOTIC	1	unidad	unidad	20.900.000	20.900.000
2	41111727-001	Microscopio trinocular	Micronal S.R.L	Olympus	1	unidad	unidad	96.580.000	96.580.000

PARA EL ITEM 3

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	EMPRESA	MARCA	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
3	41111709-001	Microscopio de doble Cabezal	Charpentier	PROWAY	1	unidad	unidad	12.750.000	12.750.000
3	41111709-001	Microscopio de doble Cabezal	Biotec del Py. S.R.L	no cotizo	no cotizo	no cotizo	no cotizo	no cotizo	no cotizo
3	41111709-001	Microscopio de doble Cabezal	Argon S.R.L	no cotizo	no cotizo	no cotizo	no cotizo	no cotizo	no cotizo
3	41111709-001	Microscopio de doble Cabezal	Eximpar S.R.L.	ZEISS	no cotizo	no cotizo	no cotizo	no cotizo	no cotizo
3	41111709-001	Microscopio de doble Cabezal	IN SITU S.A.	LABOMED - USA	1	unidad	unidad	14.000.000	14.000.000
3	41111709-001	Microscopio de doble Cabezal	P.M. Y A.S.A.	MOTIC	1	unidad	unidad	33.000.000	33.000.000
3	41111709-001	Microscopio de doble Cabezal	Micronal S.R.L	Olympus	1	unidad	unidad	41.998.000	41.998.000

ABOG. NILDA LINTS CARDOZO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Ramírez R.
Jefa Oficina de Seguros
D.G.R.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado – Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

6. INFORME JURIDICO

Que verificadas las documentaciones legales de los oferentes de la subasta a la baja de la LPN N° 38/11 "Adquisición de Microscopios para el IPS", las mismas cumplen con los requisitos sustanciales establecidos en la Ley 2051/03 en concordancia al PBC; sin embargo fue necesario solicitar documentos de carácter formal a través del Dpto. Licitaciones a los oferentes consistentes en:

1.- P.M. y A. S.A.: Dar cumplimiento a lo establecido en el Inc. f Ítem 11 del PBC, referente a la falta de Certificación emitida por el fabricante legalizado por el CONSULADO del país de origen, así como aclarar la situación de la marca MOTIC /CHINA en la que ésta autoriza como distribuidor al Perú (ver folio 000039)

2.- CHARPENTIER SRL.: Falta la certificación emitida por el fabricante de la marca PROWAY debidamente legalizado por el CONSULADO del país de origen de acuerdo al Inc. f. ítem 11 del PBC.-

3.- MICRONAL SRL.: Falta la certificación emitida por el fabricante de la marca OLYMPUS debidamente legalizado por el CONSULADO del país de origen de acuerdo al Inc. f. ítem 11 del PBC.-

4.- IN SITU S.A.: No presentó la Carta de Autorización de la marca ofertada: LABOMED/USA.

5.- ARGON SRL.: Falta la certificación emitida por el fabricante de la marca MOTIC INSTRUMENTS CANADA, debidamente legalizado por el CONSULADO del país de origen de acuerdo al Inc. f. ítem 11 del PBC.-

6.- EXIMPAR SRL.: Falta la certificación emitida por el fabricante de la marca ZEISS – ALEMANIA debidamente legalizado por el CONSULADO del país de origen de acuerdo al Inc. f. ítem 11 del PBC.-

7. CONSULTAS Y ACLARACIONES SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION.

En fecha 20 y 25 de octubre de 2011, respectivamente, se ha solicitado a las empresas la presentación de documentos formales no substanciales , conforme al siguiente detalle :

1) CHARPENTIER SRL.: En el punto 7, 8 y 12: a) Planilla de Especificaciones Técnica debidamente

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ana Ramírez R.
Jefa Oficina de Seguros
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
F. Valdez
Abogado - Mat. N° 5.5
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

ABOG. NILDA GLADYS GARCETE

habilitación del servicio técnico, emitido por el ministerio de Salud Publica y bienestar Social f) Declaración

jurada de poseer capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado g) Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado donde conste la fecha de fabricación y año de lanzamiento del modelo.

RESPUESTA: Por nota de fecha 26 de octubre de 2011 firmada por el Socio Gerente, Luis Abente, solicita 2 meses para la presentación de los documentos debidamente legalizada y consularizada, en los demás punto dio cumplimiento a la nota de fecha 25 de octubre de 2011.-

2) EXIMPAR SRL.: a) Autorización del fabricante, traducido en idioma español, debidamente legalizado Y consularizado b) Soporte técnico capacitado, demostrable mediante certificados del fabricante de los equipos ofertados

RESPUESTA: Por nota de fecha 26 de octubre de 2011 firmada por los Gerentes de EXIMPAR SRL., adjuntaron la Carta de Representación debidamente legalizada y consularizada.-

3) IN SITU S.A.: a) Autorización del fabricante, traducido en idioma español, debidamente legalizado y consularizado b) Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de

que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado donde conste la fecha de fabricación y año del lanzamiento del modelo.

RESPUESTA: Presenta Declaración Jurada de fecha 26 de octubre de 2011, firmada por el Lic. Eric Ruth en su carácter de Presidente, y se compromete a presentar en caso de resultar adjudicado presentar la autorización del fabricante debidamente legalizado y consularizado del país de origen.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Martha E. Valdez M.
Abogado - Mat. N° 5 406
Dirección Jurídica

8. RATIO FINANCIERO:

Con relación a los Ratios Financieros se presentan los siguientes cuadros de cumplimiento y donde se verifica que la Empresa P.M. Y.A. . S.A. no cumple con los ratios financieros por lo que queda desestimada.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ana Ramírez R.
Jefa Oficina de Seguros
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

ABOG. NILDA GLADYS GARCETE

Licitación Publica Nacional N° 38/11 SBE ID221894.
"Adquisición de Microscopios para el IPS"

P.M.Y A. S.A.							
		2009		20010		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	737.760.481	2,85	1.485.595.282	3,51	**3,18**	CUMPLE
	Pasivo corriente	258.679.159		423.313.215			
Endeudamiento	Pasivo total	2.586.792.159	2,68	874.238.424	0,39	**1,54**	NO CUMPLE
	Activo total	963.710.561		2.228.619.081			
Capital	Activo corriente	963.710.561		2.228.619.081	306.198.833	306.198.833	CUMPLE
	Pasivo corriente	258.679.159		1.922.420.248			

OBSERVACION: La Empresa PM y A SA. no cumple con los Ratios financieros por lo que queda desestimada.

EXIMPAR							
		2009		2010		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	7.382.437.833	7,64	8.625.041.768	4,49	**6,06**	CUMPLE
	Pasivo corriente	966.809.827		1.922.420.248			
Endeudamiento	Pasivo total	966.809.827	0,13	1.922.420.248	0,22	**0,17**	CUMPLE
	Activo total	7.460.612.128		8.732.494.846			
Capital	Activo corriente	7.382.437.833		8.625.041.768	6.702.621.520	6.702.621.520	CUMPLE
	Pasivo corriente	966.809.827		1.922.420.248			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abo... Jefa ...

ABOG. NILDA LADYS GARCETE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado – Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicine
Área Interior y Central

0002215

Licitación Publica Nacional N° 38/11 SBE ID221894.
"Adquisición de Microscopios para el IPS"

ARGON S.R.L.							
		2009		2010		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	13.388.538.396	1,71	10.887.495.851	2,87	**2,29**	CUMPLE
	Pasivo corriente	7.819.423.625		3.795.030.063			
Endeudamiento	Pasivo total	8.055.910.529	0,57	4.031.516.967	0,33	**0,45**	CUMPLE
	Activo total	14.199.859.574		12.049.671.829			
Capital	Activo corriente	13.388.538.396		10.887.495.851	7.092.465.788	7.092.465.788	CUMPLE
	Pasivo corriente	7.819.423.625		3.795.030.063			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. [illegible]
Jefa Oficina de [illegible]
D.G.B.S.

ABOG. NILDA GLADYS GARCETE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Miriam E. Valdez M.
Abogado - Reg. N° 5.406
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

001207

Licitación Publica Nacional N° 38/11 SBE ID221894.
"Adquisición de Microscopios para el IPS"

CHARPENTIER SRL							
		2009		20010		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2.526.987.104	2,70	3.082.837.974	3,82	**3,26**	CUMPLE
	Pasivo corriente	935.256.245		807.762.534			
Endeudamiento	Pasivo total	935.256.245	0,35	807.762.534	0,25	**0,30**	CUMPLE
	Activo total	2.691.436.909		3.191.086.780			
Capital	Activo corriente	2.526.987.104		3.082.837.974	2.275.075.440	2.275.075.440	CUMPLE
	Pasivo corriente	935.256.245		807.762.534			

MICRONAL S.R.L.							
		2009		20010		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2.705.028.082	3,34	3.261.775.274	3,56	**3,45**	CUMPLE
	Pasivo corriente	809.311.424		917.006.330			
Endeudamiento	Pasivo total	809.311.424	0,29	917.006.330	0,28	**0,29**	CUMPLE
	Activo total	2.745.717.697		3.299.928.263			
Capital	Activo corriente	2.705.028.082		3.261.775.274	1.339.355.026	1.339.355.026	CUMPLE
	Pasivo corriente	258.679.159		1.922.420.248			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ana Ramírez R.
Jefe Oficina de Seguros
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

ABOG. NILDA GLADYS GARCETE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado – Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica

0002213

Licitación Publica Nacional N° 38/11 SBE ID221894.
"Adquisición de Microscopios para el IPS"

BIOTEC S.R.L.							
		2009		2010		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	5.758.107.079	0,94	7.642.245.644	2,24	**1,59**	CUMPLE
	Pasivo corriente	6.101.901.426		3.412.329.280			
Endeudamiento	Pasivo total	3.412.329.280	0,42	6.101.901.425	0,51	**0,47**	CUMPLE
	Activo total	8.153.896.990		11.902.871.728			
Capital	Activo corriente	5.758.107.079		7.642.245.644	1.540.344.218	1.540.344.218	CUMPLE
	Pasivo corriente	3.412.329.280		6.101.901.426			

INSITU SA							
		2009		2010		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	1.463.760.042	1,89	1.346.041.098	2,26	**2,08**	CUMPLE
	Pasivo corriente	773.226.701		594.399.988			
Endeudamiento	Pasivo total	773.226.701	0,48	594.399.988	0,40	**0,44**	CUMPLE
	Activo total	1.616.036.595		1.494.029.375			
Capital	Activo corriente	1.463.760.042		1.346.041.098	751.641.110	751.641.110	CUMPLE
	Pasivo corriente	773.226.701		594.399.988			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ana Ramírez K.
Jefa Oficina de Seguros
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha B. Valdez M.
Abogado Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica

ABOG. NILDA CLAUDIS CARDOZO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

9. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

REVISION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1

EMPRESA	EXIMPAR			
Item N° 1 Microscopio Binocular				
Orden	Descripción	Datos provistos por el Oferente		
1.1	Datos Generales	Cumple	Parámetros	Folios
1.1.1	Descripción general: Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para todo tipo de patologías detectadas microscópicamente.			
1.1.2	Marca: Zeiss			
1.1.3	Modelo: Primostar			
1.1.4	Origen: Alemania			
1.1.5	Normas de Calidad: FDA ó CE ó ISO 13485	Cumple	ISO	
1.1.6	Dirección de WEB del Fabricante:	Cumple		
1.2	Descripción			
1.2.2	Estativo metálico, cuerpo del microscopio ergonómico.	Cumple		
1.2.3	Con tratamiento antifúngico.	Cumple		
1.2.4	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados	Cumple		
1.3	Tubo Binocular			
1.3.1	Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o más.	Cumple		
1.3.2	Ajuste dióptrico.	Cumple		
1.3.3	Óptica con corrección al infinito.	Cumple		
1.3.4	Iluminación transmitida con tubo prismático.	Cumple		
1.3.5	Inclinación de 30º o mas a 45º o menos	Cumple		
1.4	Oculares			
1.4.1	10X con campo de observación de 20 mm como mínimo.	Cumple		
1.4.2	Con protectores de caucho o sintético similar.	Cumple		
1.5	Revolver para Objetivos			
1.5.1	Para cuatro o más objetivos.	Cumple		
1.5.2	Apoyado en rodamiento de bolillas.	Cumple		
1.6	Objetivos			
1.6.1	4x, 10x, 40x y 100x o más.	Cumple		
1.6.2	Óptica con corrección al infinito. (óptica plana)	Cumple		
1.6.3	Plan acromático, corrección de aberraciones esférica y cromática.	Cumple		
1.7	Condensador			
1.7.1	Acromático con filtro azul, verde y amarillo	Cumple		
1.7.2	Apertura numérica 1.25 o mas.	Cumple		
1.7.3	Tipo Abbe de altura regulable.	Cumple		
1.8	Sistema de enfoque coaxial			
1.8.1	Micrométrico: 4 mm/rev ± 2 mm/rev	Cumple		
1.8.2	Micrométrico: 0,2 mm/rev ± 0,1 mm/rev	Cumple		

Ana R. R.
Jefa Oficina de Seguro
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha F. Valdez M.
Abogada
Asesor Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

ABOG. MILDA CARCETE

Licitación Publica Nacional N° 38/11 SBE ID221894.
"Adquisición de Microscopios para el IPS"

00020

1.9	Sistema de iluminación			
1.9.1	Fuente de luz halógena a 30 W como mínimo o iluminación LED.	Cumple		
1.9.2	Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).	Cumple		
1.9.3	Iluminación Koehler.	Cumple		
1.9.4	Diafragma de campo.	Cumple		
1.9.5	Continuamente regulable.	Cumple		
1.10	Otros			
1.10.1	Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas.	Cumple		
1.10.2	Funda de protección proporcional al microscopio.	Cumple		
1.10.3	Papel limpia óptica o papel seda 100 hojas como mínimo.	Cumple		
1.10.4	Tensión de alimentación de 220 Vca a 50 Hz con toma shucko	Cumple		

EMPRESA	**BIOTEC DEL PARAGUAY**			
Item N° 1 Microscopio Binocular				
Orden	**Descripción**	**Datos proveidos por el Oferente**		
1.1	**Datos Generales**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folios**
1.1.1	Descripción general: Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para todo tipo de patologías detectadas microscópicamente.			
1.1.2	Marca: LABOVISION			
1.1.3	Modelo: AX 21			
1.1.4	Origen: INDIA			
1.1.5	Normas de Calidad: FDA ó CE ó ISO 13485	Cumple	ISO	
1.1.6	Dirección de WEB del Fabricante:	cumple		
1.2	Descripción			
1.2.2	Estativo metálico, cuerpo del microscopio ergonómico.	Cumple		
1.2.3	Con tratamiento antifúngico.	Cumple		
1.2.4	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados	Cumple		
1.3	Tubo Binocular			
1.3.1	Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o más.	Cumple		
1.3.2	Ajuste dióptrico.	Cumple		
1.3.3	Óptica con corrección al infinito.	Cumple		
1.3.4	Iluminación transmitida con tubo prismático.	Cumple		
1.3.5	Inclinación de 30º o mas a 45º o menos	Cumple		
1.4	Oculares			
1.4.1	10X con campo de observación de 20 mm como mínimo.	Cumple		
1.4.2	Con protectores de caucho o sintético similar.	Cumple		
1.5	Revolver para Objetivos			
1.5.1	Para cuatro o más objetivos.	Cumple		
1.5.2	Apoyado en rodamiento de bolillas.	Cumple		
1.6	Objetivos			
1.6.1	4x, 10x, 40x y 100x o más.	Cumple		
1.6.2	Óptica con corrección al infinito. (ópticas	Cumple		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ana Ramírez R.
Jefa Oficina de Seguros
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirna E. Valdez M.
Abogada Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

ABOG. NILDA BEATRIZ GARCETE

	plana)			
1.6.3	Plan acromático, corrección de aberraciones esférica y cromática.	Cumple		
1.7	Condensador			
1.7.1	Acromático con filtro azul, verde y amarillo	Cumple		
1.7.2	Apertura numérica 1.25 o mas.	Cumple		
1.7.3	Tipo Abbe de altura regulable.	Cumple		
1.8	Sistema de enfoque coaxial			
1.8.1	Micrométrico: 4 mm/rev ± 2 mm/rev	Cumple		
1.8.2	Micrométrico: 0,2 mm/rev ± 0,1 mm/rev	Cumple		
1.9	Sistema de iluminación			
1.9.1	Fuente de luz halógena a 30 W como mínimo o iluminación LED.	Cumple	(led)	
1.9.2	Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).	Cumple		
1.9.3	Iluminación Koehler.	Cumple		
1.9.4	Diafragma de campo.	Cumple		
1.9.5	Continuamente regulable.	Cumple		
1.10	Otros			
1.10.1	Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas.	Cumple		
1.10.2	Funda de protección proporcional al microscopio.	Cumple		
1.10.3	Papel limpia óptica o papel seda 100 hojas como mínimo.	Cumple		
1.10.4	Tensión de alimentación de 220 Vca a 50 Hz con toma shucko	Cumple		

EMPRESA	**IN SITU SA**			
Item N° 1 Microscopio Binocular				
Orden	**Descripción**	**Datos proveidos por el Oferente**		
1.1	**Datos generales**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folios**
1.1.1	Descripción general: Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para todo tipo de patologías detectadas microscópicamente.			
1.1.2	Marca: LABOMED			
1.1.3	Modelo: LX400			
1.1.4	Origen: EEUU/INDIA			
1.1.5	Normas de Calidad: FDA ó CE ó ISO 13485	Cumple		
1.1.6	Dirección de WEB del Fabricante:	Cumple		
1.2	Descripción			
1.2.2	Estativo metálico, cuerpo del microscopio ergonómico.	Cumple		
1.2.3	Con tratamiento antifúngico.	Cumple		
1.2.4	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados	Cumple		
1.3	Tubo Binocular			
1.3.1	Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o más.	Cumple		
1.3.2	Ajuste dióptrico.	Cumple		
1.3.3	Óptica con corrección al infinito.	Cumple		
1.3.4	Iluminación transmitida con tubo prismático.	Cumple		
1.3.5	Inclinación de 30º o mas a 45º o menos	Cumple		
1.4	Oculares			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ana R... P.
Jefa Oficina de Seguros
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mi... E. Valdez M.
Abog. T.I. N° 5.406
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

ABOG. NILDA GLADYS GARCETE

006198

1.4.1	10X con campo de observación de 20 mm como mínimo.	Cumple		
1.4.2	Con protectores de caucho o sintético similar.	Cumple		
1.5	Revolver para Objetivos			
1.5.1	Para cuatro o más objetivos.	Cumple		
1.5.2	Apoyado en rodamiento de bolillas.	Cumple		
1.6	Objetivos			
1.6.1	4x, 10x, 40x y 100x o más.	Cumple		
1.6.2	Óptica con corrección al infinito. (óptica plana)	Cumple		
1.6.3	Plan acromático, corrección de aberraciones esférica y cromática.	Cumple		
1.7	Condensador			
1.7.1	Acromático con filtro azul, verde y amarillo	Cumple		
1.7.2	Apertura numérica 1.25 o mas.	Cumple		
1.7.3	Tipo Abbe de altura regulable.	Cumple		
1.8	Sistema de enfoque coaxial			
1.8.1	Micrométrico: 4 mm/rev ± 2 mm/rev	Cumple		
1.8.2	Micrométrico: 0,2 mm/rev ± 0,1 mm/rev	Cumple		
1.9	Sistema de iluminación			
1.9.1	Fuente de luz halógena a 30 W como mínimo o iluminación LED.	Cumple		
1.9.2	Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).	Cumple		
1.9.3	Iluminación Koehler.	Cumple		
1.9.4	Diafragma de campo.	Cumple		
1.9.5	Continuamente regulable.	Cumple		
1.10	Otros			
1.10.1	Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas.	Cumple		
1.10.2	Funda de protección proporcional al microscopio.	Cumple		
1.10.3	Papel limpia óptica o papel seda 100 hojas como mínimo.	Cumple		
1.10.4	Tensión de alimentación de 220 Vca a 50 Hz con toma shucko	Cumple		

EMPRESA	ARGON S.R.L.			
Item Nº 1 Microscopio Binocular				
Orden	Descripción	Datos proveidos por el Oferente		
1.1.	Datos Generales	Cumple	Parámetros	Folios
1.1.1	Descripción general: Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para todo tipo de patologías detectadas microscópicamente.			
1.1.2	Marca: MOTIC			
1.1.3	Modelo: BA 310			
1.1.4	Origen: CHINA			
1.1.5	Normas de Calidad: FDA ó CE ó ISO 13485	Cumple		
1.1.6	Dirección de WEB del Fabricante:	Cumple		
1.2	Descripción			
1.2.2	Estativo metálico, cuerpo del microscopio ergonómico.	Cumple		
1.2.3	Con tratamiento antifúngico.	Cumple		
1.2.4	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados	Cumple		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Ramírez R.
Jefe Oficina de Compras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
M. E. Valdez M.
Abogada Nat. N° 4405
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

HILDA GLADYS GARCETE

Licitación Publica Nacional N° 38/11 SBE ID221894.
"Adquisición de Microscopios para el IPS"

001197

1.3	Tubo Binocular			
1.3.1	Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o mas.	Cumple		
1.3.2	Ajuste dióptrico.	Cumple		
1.3.3	Óptica con corrección al infinito.	Cumple		
1.3.4	Iluminación transmitida con tubo prismático.	Cumple		
1.3.5	Inclinación de 30º o mas a 45º o menos	Cumple		
1.4	Oculares			
1.4.1	10X con campo de observación de 20 mm como mínimo.	Cumple		
1.4.2	Con protectores de caucho o sintético similar.	Cumple		
1.5	Revolver para Objetivos			
1.5.1	Para cuatro o más objetivos.	Cumple		
1.5.2	Apoyado en rodamiento de bolillas.	Cumple		
1.6	Objetivos			
1.6.1	4x, 10x, 40x y 100x o más.	Cumple		
1.6.2	Óptica con corrección al infinito. (óptica plana)	Cumple		
1.6.3	Plan acromático, corrección de aberraciones esférica y cromática.	Cumple		
1.7	Condensador			
1.7.1	Acromático con filtro azul, verde y amarillo	Cumple		
1.7.2	Apertura numérica 1.25 o mas.	Cumple		
1.7.3	Tipo Abbe de altura regulable.	Cumple		
1.8	Sistema de enfoque coaxial			
1.8.1	Micrométrico: 4 mm/rev ± 2 mm/rev	Cumple		
1.8.2	Micrométrico: 0,2 mm/rev ± 0,1 mm/rev	Cumple		
1.9	Sistema de iluminación			
1.9.1	Fuente de luz halógena a 30 W como mínimo o iluminación LED.	Cumple		
1.9.2	Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).	Cumple		
1.9.3	Iluminación Koehler.	Cumple		
1.9.4	Diafragma de campo.	Cumple		
1.9.5	Continuamente regulable.	Cumple		
1.10	Otros			
1.10.1	Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas.	Cumple		
1.10.2	Funda de protección proporcional al microscopio.	Cumple		
1.10.3	Papel limpia óptica o papel seda 100 hojas como mínimo.	Cumple		
1.10.4	Tensión de alimentación de 220 Vca a 50 Hz con toma shucko	Cumple		

EMPRESA	P.M. y A.S.A.			
Item N° 1 Microscopio Binocular				
Orden	Descripción	Datos proveídos por el Oferente		
1.1	Datos Generales	Cumple	Parámetros	Folios
1.1.1	Descripción general: Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para todo tipo de patologías detectadas microscópicamente.			
1.1.2	Marca: MOTIC			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ana R.
Jefa Oficina de Seguros
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogada Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y C

ABOG. NILDA GRACIELA GARCETE

Licitación Publica Nacional N° 38/11 SBE ID221894.
"Adquisición de Microscopios para el IPS"

1.1.3	Modelo: BA 310			
1.1.4	Origen: CHINA			
1.1.5	Normas de Calidad: FDA ó CE ó ISO 13485	Cumple		
1.1.6	Dirección de WEB del Fabricante:	Cumple		
1.2	Descripción			
1.2.2	Estativo metálico, cuerpo del microscopio ergonómico.	Cumple		
1.2.3	Con tratamiento antifúngico.	Cumple		
1.2.4	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados	Cumple		
1.3	Tubo Binocular			
1.3.1	Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o más.	Cumple		
1.3.2	Ajuste dióptrico.	Cumple		
1.3.3	Óptica con corrección al infinito.	Cumple		
1.3.4	Iluminación transmitida con tubo prismático.	Cumple		
1.3.5	Inclinación de 30º o mas a 45º o menos	Cumple		
1.4	Oculares			
1.4.1	10X con campo de observación de 20 mm como mínimo.	Cumple		
1.4.2	Con protectores de caucho o sintético similar.	Cumple		
1.5	Revolver para Objetivos			
1.5.1	Para cuatro o más objetivos.	Cumple		
1.5.2	Apoyado en rodamiento de bolillas.	Cumple		
1.6	Objetivos			
1.6.1	4x, 10x, 40x y 100x o más.	Cumple		
1.6.2	Óptica con corrección al infinito. (óptica plana)	Cumple		
1.6.3	Plan acromático, corrección de aberraciones esférica y cromática.	Cumple		
1.7	Condensador			
1.7.1	Acromático con filtro azul, verde y amarillo	Cumple		
1.7.2	Apertura numérica 1.25 o mas.	Cumple		
1.7.3	Tipo Abbe de altura regulable.	Cumple		
1.8	Sistema de enfoque coaxial	Cumple		
1.8.1	Micrométrico: 4 mm/rev ± 2 mm/rev	Cumple		
1.8.2	Micrométrico: 0,2 mm/rev ± 0,1 mm/rev	Cumple		
1.9	Sistema de Iluminación			
1.9.1	Fuente de luz halógena a 30 W como mínimo o iluminación LED.	Cumple		
1.9.2	Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).	Cumple		
1.9.3	Iluminación Koehler.	Cumple		
1.9.4	Diafragma de campo.	Cumple		
1.9.5	Continuamente regulable.	Cumple		
1.10	Otros			
1.10.1	Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas.	Cumple		
1.10.2	Funda de protección proporcional al microscopio.	Cumple		
1.10.3	Papel limpia óptica o papel seda 100 hojas como mínimo.	Cumple		
1.10.4	Tensión de alimentación de 220 Vca a 50 Hz con toma shucko	Cumple		

EMPRESA	MICRONAL S.R.L.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Luis Ramírez R.
Jefe Oficina de Seguros
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Y. M.
Abogado – Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

ABOG. NILDA GLADYS GARCETE

Licitación Publica Nacional N° 38/11 SBE ID221894.
"Adquisición de Microscopios para el IPS"

001135

Orden	Descripción	Datos provistos por el Oferente		
1.1	Datos Generales	Cumple	Parametros	Folios
1.1.1	Descripción general: Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para todo tipo de patologías detectadas microscópicamente.			
1.1.2	Marca: OLYMPUS			
1.1.3	Modelo: CX-31			
1.1.4	Origen: JAPON			
1.1.5	Normas de Calidad: FDA ó CE ó ISO 13485	Cumple		
1.1.6	Dirección de WEB del Fabricante:	Cumple		
1.2	Descripción			
1.2.2	Estativo metálico, cuerpo del microscopio ergonómico.	Cumple		
1.2.3	Con tratamiento antifúngico.	Cumple		
1.2.4	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados	Cumple		
1.3	Tubo Binocular			
1.3.1	Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o más.	Cumple		
1.3.2	Ajuste dióptrico.	Cumple		
1.3.3	Óptica con corrección al infinito.	Cumple		
1.3.4	Iluminación transmitida con tubo prismático.	Cumple		
1.3.5	Inclinación de 30º o mas a 45º o menos	Cumple		
1.4	Oculares			
1.4.1	10X con campo de observación de 20 mm como mínimo.	Cumple		
1.4.2	Con protectores de caucho o sintético similar.	Cumple		
1.5	Revolver para Objetivos			
1.5.1	Para cuatro o más objetivos.	Cumple		
1.5.2	Apoyado en rodamiento de bolillas.	Cumple		
1.6	Objetivos			
1.6.1	4x, 10x, 40x y 100x o más.	Cumple		
1.6.2	Óptica con corrección al infinito. (óptica plana)	Cumple		
1.6.3	Plan acromático, corrección de aberraciones esférica y cromática.	Cumple		
1.7	Condensador			
1.7.1	Acromático con filtro azul, verde y amarillo	Cumple		
1.7.2	Apertura numérica 1.25 o mas.	Cumple		
1.7.3	Tipo Abbe de altura regulable.	Cumple		
1.8	Sistema de enfoque coaxial	Cumple		
1.8.1	Micrométrico: 4 mm/rev ± 2 mm/rev	Cumple		
1.8.2	Micrométrico: 0,2 mm/rev ± 0,1 mm/rev	Cumple		
1.9	Sistema de iluminación			
1.9.1	Fuente de luz halógena a 30 W como mínimo o iluminación LED.	Cumple		
1.9.2	Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).	Cumple		
1.9.3	Iluminación Koehler.	Cumple		
1.9.4	Diafragma de campo.	Cumple		
1.9.5	Continuamente regulable.	Cumple		
1.10	Otros			
1.10.1	Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas.	Cumple		
1.10.2	Funda de protección proporcional al	Cumple		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Ana Ramírez R.
Jefa Oficina de Seguros
D.G.A.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Miriam Valdez M.
Abogada – Mat. N° 5 406
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

ABOG. NILDA SOLOYS GARCETE

	microscopio.			
1.10.3	Papel limpia óptica o papel seda 100 hojas como mínimo.	Cumple		
1.10.4	Tensión de alimentación de 220 Vca a 50 Hz con toma shucko	Cumple		

EMPRESA	CHARPENTIER S.R.L.			
Orden	Descripción	Datos proveidos por el Oferente		
1.1	Datos Generales	Cumple	Parámetros	Folios
1.1.1	Descripción general: Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para todo tipo de patologías detectadas microscópicamente.			
1.1.2	Marca: PROWAY			
1.1.3	Modelo: PW-BK5000			
1.1.4	Origen: CHINA			
1.1.5	Normas de Calidad: FDA ó CE ó ISO 13485	Cumple		
1.1.6	Dirección de WEB del Fabricante:	Cumple		
1.2	Descripción			
1.2.2	Estativo metálico, cuerpo del microscopio ergonómico.	Cumple		
1.2.3	Con tratamiento antifúngico.	Cumple		
1.2.4	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados	Cumple		
1.3	Tubo Binocular			
1.3.1	Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o más.	Cumple		
1.3.2	Ajuste dióptrico.	Cumple		
1.3.3	Óptica con corrección al infinito.	No cumple		
1.3.4	Iluminación transmitida con tubo prismático.	Cumple		
1.3.5	Inclinación de 30º o mas a 45º o menos	Cumple		
1.4	Oculares			
1.4.1	10X con campo de observación de 20 mm como mínimo.	Cumple		
1.4.2	Con protectores de caucho o sintético similar.	Cumple		
1.5	Revolver para Objetivos			
1.5.1	Para cuatro o más objetivos.	Cumple		
1.5.2	Apoyado en rodamiento de bolillas.	Cumple		
1.6	Objetivos			
1.6.1	4x, 10x, 40x y 100x o más.	Cumple		
1.6.2	Óptica con corrección al infinito. (óptica plana)	Cumple		
1.6.3	Plan acromático, corrección de aberraciones esférica y cromática.	No cumple		
1.7	Condensador			
1.7.1	Acromático con filtro azul, verde y amarillo	Cumple		
1.7.2	Apertura numérica 1.25 o mas.	Cumple		
1.7.3	Tipo Abbe de altura regulable.	Cumple		
1.8	Sistema de enfoque coaxial			
1.8.1	Micrométrico: 4 mm/rev ± 2 mm/rev	Cumple		
1.8.2	Micrométrico: 0,2 mm/rev ± 0,1 mm/rev	Cumple		
1.9	Sistema de iluminación			
1.9.1	Fuente de luz halógena a 30 W como mínimo o iluminación LED.	No cumple		
1.9.2	Corrección o balanceo de luz de día/tungsteno	Cumple		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ana Ramírez R.
Jefa Oficina de Seguros
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirta E. Valdez M.
Abogada – Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

ABOG. NILDA GLADYS GARCETE

	azul).			
1.9.3	Iluminación Koehler.	Cumple		
1.9.4	Diafragma de campo.	Cumple		
1.9.5	Continuamente regulable.	Cumple		
1.10	Otros			
1.10.1	Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas.	Cumple		
1.10.2	Funda de protección proporcional al microscopio.	Cumple		
1.10.3	Papel limpia óptica o papel seda 100 hojas como mínimo.	Cumple		
1.10.4	Tensión de alimentación de 220 Vca a 50 Hz con toma shucko	Cumple		
OBS.	EN LOS ITEN 1.3.3. y 1.6.3 no figura en su catalogo dicho especificaciones, en el item 1.9.1 lampara 6v. 20w			
ITEM2				
EMPRESA	**EXIMPAR**			

Orden	Descripción	Datos proveídos por el Oferente		
2.1	Datos Generales	Cumple	Parámetros	Folios
2.1.1	Descripción general: Microscopio trinocular con sistema de adquisición de imágenes para el estudio de frotis de sangre periférica y realización de mielogramas.			
2.1.2	Marca: Zeiss			
2.1.3	Modelo: Primostar			
2.1.4	Origen: Alemania			
2.1.5	Norma de Calidad: FDA ó CE ó ISO 13485			
2.1.6	Dirección de Wed del Fabricante: www.zeiss.de/promostar			
2.2	Descripción			
2.2.2	Estativo metálico, cuerpo del microscopio ergonómico.	Cumple		
2.2.3	Con tratamiento antifúngico.	Cumple		
2.2.4	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados	Cumple		
2.3	Tubo Binocular			
2.3.1	Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o más.	Cumple		
2.3.2	Ajuste dióptrico.	Cumple		
2.3.3	Óptica con corrección al infinito.	Cumple		
2.3.4	Iluminación transmitida con tubo prismático.	Cumple		
2.3.5	Inclinación de 30º o mas a 45º o menos	Cumple		
2.4	Oculares			
2.4.1	10X con campo de observación de 20 mm como mínimo.	Cumple		
2.4.2	Con protectores de caucho o sintético similar.	Cumple		
2.5	Revolver para Objetivos			
2.5.1	Para cuatro o más objetivos.	Cumple		
2.5.2	Apoyado en rodamiento de bolillas.	Cumple		
2.6	Objetivos			
2.6.1	4x, 10x, 40x y 100x o más.	Cumple		
2.6.2	Óptica con corrección al infinito.	Cumple		
2.6.3	Plan acromático, corrección de aberraciones esférica y cromática.	Cumple		
2.7	Condensador			
2.7.1	Acromático con filtro azul, verde y amarillo	Cumple		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ana Rodríguez
Jefa Oficina de Suministros
D.G.A.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor E. Valdez M.
Abogado - Matrícula N° 406
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

ABOG. NILDA GENDYS GRAUCHE

2.7.2	Apertura numérica 1.25 o mas.	Cumple		
2.7.3	Tipo Abbe de altura regulable.	Cumple		
2.8	Sistema de Enfoque coaxial	Cumple		
2.8.1	Micrométrico: 4 mm/rev ± 2 mm/rev	Cumple		
2.8.2	Micrométrico: 0,2 mm/rev ± 0,1 mm/rev	Cumple		
2.9	Sistema de Iluminación			
2.9.1	Fuente de luz halógena a 30 W como mínimo o iluminación LED.	Cumple		
2.9.2	Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).	Cumple		
2.9.3	Iluminación Koehler.	Cumple		
2.9.4	Diafragma de campo.	Cumple		
2.9.5	Continuamente regulable.	Cumple		
2.10	Cámara			
2.10.1	Cámara CCD a color para microscopio trinocular.	Cumple		
2.10.2	Resolución 3 MPíxeles o más.	Cumple	12,1 Mpixel	
2.10.3	Profundidad de 8 bits o más por color.	Cumple		
2.10.4	* 10 cuadros por segundo con resolución de 1200 x 960 pixeles * 24 cuadros por segundo de 680 x 480 pixeles por segundo	Cumple		
2.10.5	Balance de blancos en forma automática y manual.	Cumple		
2.10.6	Salida USB2.0 (o superior) o IEEE 1394 para conexión a PC o Notebook.	Cumple		
2.10.7	Software de la cámara para visualización, gestión y tratamiento de imágenes adquiridas.	Cumple		
2.10.8	Se deberá observar la misma calidad de imagen en el sistema cámara-monitor que el observado en el cabezal de observación. El oferente deberá cotizar los accesorios necesarios para el cumplimiento de este ítem.			
2.11	Sistema de Procesamiento de datos			
2.11.1	Disco Duro SATA de 250 GB o superior.	Cumple		
2.11.2	Memoria RAM de 4 GB o superior.	Cumple		
2.11.3	Procesador de 2.6 GHz con doble núcleo de 32 bits o superior.	Cumple		
2.11.4	Lector y grabador de CD/DVD.	Cumple		
2.11.5	Salidas USB 2.0, LAN, IEEE1394 como mínimo.	Cumple		
2.11.6	Un monitor LCD de 17" o superior.	Cumple		
2.11.7	Sistema operativo totalmente compatible con el hardware de la PC y el software original de la cámara del ítem 2.10.-	Cumple		
2.12	Otros			
2.12.1	Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas.	Cumple		
2.12.2	Funda de protección proporcional al microscopio.	Cumple		
2.12.3	Papel limpia óptica o papel seda 100 hojas como mínimo.	Cumple		
2.12.4	Tensión de alimentación de 220 Vca a 50 Hz con toma shucko	Cumple		

EMPRESA:	IN SITU S.A.			
Orden	Descripción	Datos proveídos por el Oferente		
2.1	Datos Generales	Cumple	Parámetros	Folios
2.1.1	Descripción general: Microscopio trinocular con sistema de adquisición de imágenes para el estudio de frotis de sangre periférica y realización de mielogramas.			
2.1.2	Marca: LABOMED			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Rodríguez R.
Jefa Oficina de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Adelina E. Valdez M.
Auxiliar Nivel N° 5 406
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

ABOG. NILDA GLAUNS GARCETE

2.1.3	Modelo: LX400 Trinocular + camara iVU 7000			
2.1.4	Origen: EEUU/India			
2.1.5	Normas de calidad: FDA o CE o ISO13485			
2.1.6	Dirección Web del fabricante: www.laboamerica.com			
2.2	Descripción			
2.2.2	Estativo metálico, cuerpo del microscopio ergonómico.	Cumple		
2.2.3	Con tratamiento antifúngico.	Cumple		
2.2.4	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados	Cumple		
2.3	Tubo Binocular.			
2.3.1	Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o más.	Cumple		
2.3.2	Ajuste dióptrico.	Cumple		
2.3.3	Óptica con corrección al infinito.	No cumple		
2.3.4	Iluminación transmitida con tubo prismático.	Cumple		
2.3.5	Inclinación de 30º o mas a 45º o menos	Cumple		
2.4	Oculares			
2.4.1	10X con campo de observación de 20 mm como mínimo.	Cumple		
2.4.2	Con protectores de caucho o sintético similar.	Cumple		
2.5	Revolver para Objetivos			
2.5.1	Para cuatro o más objetivos.	Cumple		
2.5.2	Apoyado en rodamiento de bolillas.	Cumple		
2.6	Objetivos			
2.6.1	4x, 10x, 40x y 100x o más.	Cumple		
2.6.2	Óptica con corrección al infinito.	Cumple		
2.6.3	Plan acromático, corrección de aberraciones esférica y cromática.	Cumple		
2.7	Condensador			
2.7.1	Acromático con filtro azul, verde y amarillo	Cumple		
2.7.2	Apertura numérica 1.25 o mas.	Cumple		
2.7.3	Tipo Abbe de altura regulable.	Cumple		
2.8	Sistema de Enfoque coaxial	Cumple		
2.8.1	Micrométrico: 4 mm/rev ± 2 mm/rev	Cumple		
2.8.2	Micrométrico: 0,2 mm/rev ± 0,1 mm/rev	Cumple		
2.9	Sistema de Iluminación			
2.9.1	Fuente de luz halógena a 30 W como mínimo o iluminación LED.	Cumple		
2.9.2	Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).	Cumple		
2.9.3	Iluminación Koehler.	Cumple		
2.9.4	Diafragma de campo.	Cumple		
2.9.5	Continuamente regulable.	Cumple		
2.10	Cámara			
2.10.1	Cámara CCD a color para microscopio trinocular.	Cumple		
2.10.2	Resolución 12 MPíxeles o más.	No cumple	7 megapixeles	
2.10.3	Profundidad de 8 bits o más por color.	Cumple		
2.10.4	* 10 cuadros por segundo con resolución de 1200 x 960 pixeles * 24 cuadros por segundo de 680 x 480 pixeles por segundo	Cumple		
2.10.5	Balance de blancos en forma automática y manual.	Cumple		
2.10.6	Salida USB2.0 (o superior) o IEEE 1394 para conexión a PC o Notebook.	Cumple		
2.10.7	Software de la cámara para visualización, gestión y tratamiento de imágenes adquiridas.	Cumple		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Ana Romero R.
Jefa Oficina de Seguimiento
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogada – Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica

ABOG. NILDA GLADYS GAMETE

2.10.8	Se deberá observar la misma calidad de imagen en el sistema cámara-monitor que el observado en el cabezal de observación. El oferente deberá cotizar los accesorios necesarios para el cumplimiento de este ítem.	Cumple		
2.11	Sistema de Procesamiento de datos			
2.11.1	Disco Duro SATA de 250 GB o superior.	Cumple		
2.11.2	Memoria RAM de 4 GB o superior.	Cumple		
2.11.3	Procesador de 2.6 GHz con doble núcleo de 32 bits o superior.	Cumple		
2.11.4	Lector y grabador de CD/DVD.	Cumple		
2.11.5	Salidas USB 2.0, LAN, IEEE1394 como mínimo.	Cumple		
2.11.6	Un monitor LCD de 17" o superior.	Cumple		
2.11.7	Sistema operativo totalmente compatible con el hardware de la PC y el software original de la cámara del ítem 2.10.-	Cumple		
2.12	Otros			
2.12.1	Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas.	Cumple		
2.12.2	Funda de protección proporcional al microscopio.	Cumple		
2.12.3	Papel limpia óptica o papel seda 100 hojas como mínimo.	Cumple		
2.12.4	Tensión de alimentación de 220 Vca a 50 Hz con toma shucko	Cumple		
	no cumple el item 2.10.2			

EMPRESA	CHARPENTIER			
Orden	Descripción	Datos proveidos por el Oferente		
2.1	Datos Generales	Cumple	Parámetros	Folios
2.1.1	Descripción general: Microscopio trinocular con sistema de adquisición de imágenes para el estudio de frotis de sangre periférica y realización de mielogramas.			
2.1.2	Marca: PROWAY			
2.1.3	Modelo: PW-100LCD			
2.1.4	Origen: CHINA			
2.1.5	Normas de calidad: FDA o CE o ISO13485	Cumple		
2.1.6	Dirección Web del fabricante:	Cumple		
2.2	Descripción			
2.2.2	Estativo metálico, cuerpo del microscopio ergonómico.	Cumple		
2.2.3	Con tratamiento antifúngico.	Cumple		
2.2.4	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados	Cumple		
2.3	Tubo Binocular			
2.3.1	Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o más.	Cumple		
2.3.2	Ajuste dióptrico.	Cumple		
2.3.3	Óptica con corrección al infinito.	No cumple		
2.3.4	Iluminación transmitida con tubo prismático.	Cumple		
2.3.5	Inclinación de 30º o mas a 45º o menos	Cumple		
2.4	Oculares			
2.4.1	10X con campo de observación de 20 mm como mínimo.	Cumple		
2.4.2	Con protectores de caucho o sintético similar.	Cumple		
2.5	Revolver para Objetivos			
2.5.1	Para cuatro o más objetivos.	Cumple		
2.5.2	Apoyado en rodamiento de bolillas.	Cumple		
2.6	Objetivos			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Seguros
D.C.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Valdez M.
Abogado Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Centro

ABOG. NILDA GLADYS GARCETE

2.6.1	4x, 10x, 40x y 100x o más.	Cumple		
2.6.2	Óptica con corrección al infinito.	Cumple		
2.6.3	Plan acromático, corrección de aberraciones esférica y cromática.	No cumple		
2.7	Condensador			
2.7.1	Acromático con filtro azul, verde y amarillo	Cumple		
2.7.2	Apertura numérica 1.25 o mas.	Cumple		
2.7.3	Tipo Abbe de altura regulable.	Cumple		
2.8	Sistema de Enfoque coaxial	Cumple		
2.8.1	Micrométrico: 4 mm/rev ± 2 mm/rev	Cumple		
2.8.2	Micrométrico: 0,2 mm/rev ± 0,1 mm/rev	Cumple		
2.9	Sistema de Iluminación			
2.9.1	Fuente de luz halógena a 30 W como mínimo o iluminación LED.	Cumple	LED	
2.9.2	Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).	Cumple		
2.9.3	Iluminación Koehler.	Cumple		
2.9.4	Diafragma de campo.	Cumple		
2.9.5	Continuamente regulable.	Cumple		
2.10	Cámara			
2.10.1	Cámara CCD a color para microscopio trinocular.	No cumple		
2.10.2	Resolución 12 MPíxeles o más.	No cumple		
2.10.3	Profundidad de 8 bits o más por color.	No cumple		
2.10.4	* 10 cuadros por segundo con resolución de 1200 x 960 pixeles * 24 cuadros por segundo de 680 x 480 pixeles por segundo	No cumple		
2.10.5	Balance de blancos en forma automática y manual.	No cumple		
2.10.6	Salida USB2.0 (o superior) o IEEE 1394 para conexión a PC o Notebook.	No cumple		
2.10.7	Software de la cámara para visualización, gestión y tratamiento de imágenes adquiridas.	Cumple		
2.10.8	Se deberá observar la misma calidad de imagen en el sistema cámara-monitor que el observado en el cabezal de observación. El oferente deberá cotizar los accesorios necesarios para el cumplimiento de este ítem.	Cumple		
2.11	Sistema de Procesamiento de datos			
2.11.1	Disco Duro SATA de 250 GB o superior.	Cumple		
2.11.2	Memoria RAM de 4 GB o superior.	Cumple		
2.11.3	Procesador de 2.6 GHz con doble núcleo de 32 bits o superior.	Cumple		
2.11.4	Lector y grabador de CD/DVD.	Cumple		
2.11.5	Salidas USB 2.0, LAN, IEEE1394 como mínimo.	Cumple		
2.11.6	Un monitor LCD de 17" o superior.	Cumple		
2.11.7	Sistema operativo totalmente compatible con el hardware de la PC y el software original de la cámara del ítem 2.10.-	Cumple		
2.12	Otros			
2.12.1	Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas.	Cumple		
2.12.2	Funda de protección proporcional al microscopio.	Cumple		
2.12.3	Papel limpia óptica o papel seda 100 hojas como mínimo.	Cumple		
2.12.4	Tensión de alimentación de 220 Vca a 50 Hz con toma shucko	Cumple		
OBS.				

Ana Ramírez R.
Jefa Oficina de Seguros
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirna E. Valdez M.
Abogado – Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Dirección Electromedicina
Área Interior y Central

ABOG. NILDA GLADYS GARCETE

Licitación Publica Nacional N° 38/11 SBE ID221894.
"Adquisición de Microscopios para el IPS"

EMPRESA	MICRONAL			
Orden	Descripción	Datos proveidos por el Oferente		
2.1	Datos Generales	Cumple	Parámetros	Folios
2.1.1	Descripción general: Microscopio trinocular con sistema de adquisición de imágenes para el estudio de frotis de sangre periférica y realización de mielogramas.			
2.1.2	Marca: OLYMPUS			
2.1.3	Modelo: CX-41			
2.1.4	Origen: JAPAN			
2.1.5	Normas de calidad: FDA o CE o ISO13485	Cumple		
2.1.6	Dirección Web del fabricante:	Cumple		
2.2	Descripción			
2.2.2	Estativo metálico, cuerpo del microscopio ergonómico.	Cumple		
2.2.3	Con tratamiento antifúngico.	Cumple		
2.2.4	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados	Cumple		
2.3	Tubo Binocular			
2.3.1	Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o más.	Cumple		
2.3.2	Ajuste dióptrico.	Cumple		
2.3.3	Óptica con corrección al infinito.	Cumple		
2.3.4	Iluminación transmitida con tubo prismático.	Cumple		
2.3.5	Inclinación de 30º o mas a 45º o menos	Cumple		
2.4	Oculares			
2.4.1	10X con campo de observación de 20 mm como mínimo.	Cumple		
2.4.2	Con protectores de caucho o sintético similar.	Cumple		
2.5	Revolver para Objetivos			
2.5.1	Para cuatro o más objetivos.	Cumple		
2.5.2	Apoyado en rodamiento de bolillas.	Cumple		
2.6	Objetivos			
2.6.1	4x, 10x, 40x y 100x o más.	Cumple		
2.6.2	Óptica con corrección al infinito.	Cumple		
2.6.3	Plan acromático, corrección de aberraciones esférica y cromática.	Cumple		
2.7	Condensador			
2.7.1	Acromático con filtro azul, verde y amarillo	Cumple		
2.7.2	Apertura numérica 1.25 o mas.	Cumple		
2.7.3	Tipo Abbe de altura regulable.	Cumple		
2.8	Sistema de Enfoque coaxial	Cumple		
2.8.1	Micrométrico: 4 mm/rev ± 2 mm/rev	Cumple		
2.8.2	Micrométrico: 0,2 mm/rev ± 0,1 mm/rev	Cumple		
2.9	Sistema de Iluminación			
2.9.1	Fuente de luz halógena a 30 W como mínimo o iluminación LED.	Cumple		
2.9.2	Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).	Cumple		
2.9.3	Iluminación Koehler.	Cumple		
2.9.4	Diafragma de campo.	Cumple		
2.9.5	Continuamente regulable.	Cumple		
2.10	Cámara			
2.10.1	Cámara CCD a color para microscopio trinocular.	Cumple		
2.10.2	Resolución 12 MPíxeles o más.	Cumple		
2.10.3	Profundidad de 8 bits o más por color.	Cumple		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefa Oficina de Compras
D.D.J.J.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado – Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Area Interior y Centro

ABOG. NILDA GLADYS GARCETE

2.10.4	* 10 cuadros por segundo con resolución de 1200 x 960 pixeles * 24 cuadros por segundo de 680 x 480 pixeles por segundo	Cumple		
2.10.5	Balance de blancos en forma automática y manual.	Cumple		
2.10.6	Salida USB2.0 (o superior) o IEEE 1394 para conexión a PC o Notebook.	Cumple		
2.10.7	Software de la cámara para visualización, gestión y tratamiento de imágenes adquiridas.	Cumple		
2.10.8	Se deberá observar la misma calidad de imagen en el sistema cámara-monitor que el observado en el cabezal de observación. El oferente deberá cotizar los accesorios necesarios para el cumplimiento de este ítem.	Cumple		
2.11	Sistema de Procesamiento de datos			
2.11.1	Disco Duro SATA de 250 GB o superior.	Cumple		
2.11.2	Memoria RAM de 4 GB o superior.	Cumple		
2.11.3	Procesador de 2.6 GHz con doble núcleo de 32 bits o superior.	Cumple		
2.11.4	Lector y grabador de CD/DVD.	Cumple		
2.11.5	Salidas USB 2.0, LAN, IEEE1394 como mínimo.	Cumple		
2.11.6	Un monitor LCD de 17" o superior.	Cumple		
2.11.7	Sistema operativo totalmente compatible con el hardware de la PC y el software original de la cámara del ítem 2.10.-	Cumple		
2.12	Otros			
2.12.1	Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas.	Cumple		
2.12.2	Funda de protección proporcionál al microscopio.	Cumple		
2.12.3	Papel limpia óptica o papel seda 100 hojas como mínimo.	Cumple		
2.12.4	Tensión de alimentación de 220 Vca a 50 Hz con toma shucko	Cumple		

EMPRESA	PM			
Orden	Descripción	Datos proveídos por el Oferente		
2.1	Datos Generales	Cumple	Parámetros	Folios
2.1.1	Descripción general: Microscopio trinocular con sistema de adquisición de imágenes para el estudio de frotis de sangre periférica y realización de mielogramas.			
2.1.2	Marca: MOTIC			
2.1.3	Modelo: BA310 TRINOCULAR			
2.1.4	Origen: CHINA			
2.1.5	Normas de calidad: FDA o CE o ISO13485	Cumple		
2.1.6	Dirección Web del fabricante: www.motic.com	Cumple		
2.2	Descripción			
2.2.2	Estativo metálico, cuerpo del microscopio ergonómico.	Cumple		
2.2.3	Con tratamiento antifúngico.	Cumple		
2.2.4	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados	Cumple		
2.3	Tubo Binocular			
2.3.1	Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o más.	Cumple		
2.3.2	Ajuste dióptrico.	Cumple		
2.3.3	Óptica con corrección al infinito.	Cumple		
2.3.4	Iluminación transmitida con tubo prismático.	Cumple		
2.3.5	Inclinación de 30º o mas a 45º o menos	Cumple		
2.4	Oculares			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Ana Ramírez R.
Jefa Oficina de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abogado - Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

ABOG. NILDA LLANES GARCETE

2.12.3	Papel limpia óptica o papel seda 100 hojas como mínimo.	Cumple		
2.12.4	Tensión de alimentación de 220 Vca a 50 Hz con toma shucko	Cumple		

ITEM 3

EMPRESA	[redacted]			
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3. 1.1	Descripción general: Microscopio multicabezal para el estudio de frotis de sangre periférica y realización de mielogramas			
3. 1.2	Marca: LABOMED			
3. 1.3	Modelo: LX400			
3. 1.4	Origen: EEUU/India			
3. 1.5	Normas de calidad: FDA o CE o ISO13485.	Cumple		
3. 1.6	Dirección Web del fabricante: www.laboamerica.com	Cumple		
[redacted]	[redacted]			
3. 2.1	Estativo metálico, cuerpo del microscopio Ergonómico	Cumple Cumple		
3. 2.2	Con tratamiento antifúngico	Cumple		
3. 2.3	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados	Cumple		
3. 2.4	Permite observación simultánea de un solo espécimen con el mismo brillo y magnificación para dos observadores o más.	Cumple		
[redacted]	[redacted]			
3. 3.1	Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o mas	Cumple		
3. 3.2	Ajuste dióptrico	Cumple		
3. 3.3	Óptica con corrección al infinito.	Cumple		
3. 3.4	Iluminación transmitida con tubo prismático.	Cumple		
3. 3.5	Inclinación de 30° o mas a 45° o menos	Cumple		
[redacted]	[redacted]			
3. 4.1	10x con campo de observación de 20 mm como Mínimo	Cumple		
3. 4.2	Con protectores de caucho o sintético similar.	Cumple		
3. 4.3	Oculares con 360° de giro	Cumple		
[redacted]	[redacted]			
2. 5.1	Para cuatro o más objetivos.	Cumple		
2. 5.2	Apoyado en rodamiento de bolillas	Cumple		
[redacted]	[redacted]			
2. 6.1	4x, 10x, 40x y 100x o mas	Cumple		
2. 6.2	Óptica con corrección al infinito. (óptica plana)	Cumple		
2. 6.3	Plan acromático, corrección de aberraciones esférica y cromática	Cumple Cumple		
[redacted]	[redacted]			
1. 7.1	Acromático con filtro azul, verde y amarillo	Cumple		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. [illegible]
D.G.E.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogada
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

ABOG. NILDA GLADYS GARCETE

Licitación Publica Nacional N° 38/11 SBE ID221894.
"Adquisición de Microscopios para el IPS"

1. 7.2	Apertura numérica 1.25 o mas.	Cumple		
1. 7.3	Tipo Abbe de altura regulable	Cumple		
[illegible]	[illegible]			
1. 8.1	Micrométrico: 4 mm/rev ± 2 mm/rev	Cumple		
1. 8.2	Micrométrico: 0,2 mm/rev ± 0,1 mm/rev	Cumple		
[illegible]	[illegible]			
1. 9.1	Fuente de luz halógena a 30 W como mínimo o Iluminación LED.	Cumple		
1. 9.2	Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).	Cumple		
1. 9.3	Iluminación Koehler.	Cumple		
1. 9.4	Diafragma de campo	Cumple		
1. 9.5	Continuamente regulable.	Cumple		
[illegible]	[illegible]			
3. 11.1	Platina con pinza sujeta objetos para una o dos Laminillas	Cumple		
3. 11.2	Funda de protección proporcional al Microscopio	Cumple		
3. 11.3	Papel limpia óptica o papel seda 100 hojas como Mínimo	Cumple		
3. 11.5	Con alimentación mediante transformador de tencion de 220 Vca a 50 Hz y toma shucko de Entrada y 24 V o menos de salida.	Cumple		
3. 11.6	Jostick para controlar la flecha indicadora	Cumple		
3. 11.7	Flecha iluminada indicador de especímenes	Cumple		

[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3. 1.1	Descripción general: Microscopio multicabezal para el estudio de frotis de sangre periférica y realización de mielogramas			
3. 1.2	Marca: MOTIC			
3. 1.3	Modelo: BAT-310-MVH-2			
3. 1.4	Origen: CHINA			
3. 1.5	Normas de calidad: FDA o CE o ISO13485.	Cumple		
3. 1.6	Dirección Web del fabricante: www.motic.com	Cumple		
[illegible]	[illegible]			
3. 2.1	Estativo metálico, cuerpo del microscopio Ergonómico	Cumple Cumple		
3. 2.2	Con tratamiento antifúngico	Cumple		
3. 2.3	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados	Cumple		
3. 2.4	Permite observación simultánea de un solo espécimen con el mismo brillo y magnificación para dos observadores o más.	Cumple		
[illegible]	[illegible]			
3. 3.1	Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o mas	Cumple		
3. 3.2	Ajuste dióptrico	Cumple		
3. 3.3	Óptica con corrección al infinito.	Cumple		
3. 3.4	Iluminación transmitida con tubo prismático.	Cumple		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Ramírez R.
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central ABOG. NILDA CLAUDIA GARCETE

Licitación Publica Nacional N° 38/11 SBE ID221894.
"Adquisición de Microscopios para el IPS"

3. 3.5	Inclinación de 30° o mas a 45° o menos	Cumple		
3. 4	Oculares			
3. 4.1	10x con campo de observación de 20 mm como Mínimo	Cumple		
3. 4.2	Con protectores de caucho o sintético similar.	Cumple		
3. 4.3	Oculares con 360° de giro	Cumple		
3. 5	Revólver porta objetivos			
2. 5.1	Para cuatro o mas objetivos.	Cumple		
2. 5.2	Apoyado en rodamiento de bolillas	Cumple		
3. 6	Objetivos			
2. 6.1	4x, 10x, 40x y 100x o mas	Cumple		
2. 6.2	Óptica con corrección al infinito. (óptica plana)	Cumple		
2. 6.3	Plan acromático, corrección de aberraciones esférica y cromática	Cumple Cumple		
3. 7	Condensador			
3. 7.1	Acromático con filtro azul, verde y amarillo	Cumple		
3. 7.2	Apertura numérica 1.25 o mas.	Cumple		
3. 7.3	Tipo Abbe de altura regulable	Cumple		
3. 8	Sistema de enfoque coaxial			
3. 8.1	Micrométrico: 4 mm/rev ± 2 mm/rev	Cumple		
3. 8.2	Micrométrico: 0,2 mm/rev ± 0,1 mm/rev	Cumple		
3. 9	Sistema de iluminación			
3. 9.1	Fuente de luz halógena a 30 W como mínimo o iluminación LED.	Cumple		
3. 9.2	Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).	Cumple		
3. 9.3	Iluminación Koehler.	Cumple		
3. 9.4	Diafragma de campo	Cumple		
3. 9.5	Continuamente regulable.	Cumple		
3. 11	Otros			
3. 11.1	Platina con pinza sujeta objetos para una o dos Laminillas	Cumple		
3. 11.2	Funda de protección proporcional al Microscopio	Cumple		
3. 11.3	Papel limpia óptica o papel seda 100 hojas como Mínimo	Cumple		
3. 11.5	Con alimentación mediante transformador de tencion de 220 Vca a 50 Hz y toma shucko de entrada y 24 V o menos de salida.	Cumple		
3. 11.6	Jostick para controlar la flecha indicadora	Cumple		
3. 11.7	Flecha iluminada indicador de especímenes	Cumple		

EMPRESA: MICRONAL S.R.L.				
Orden	Descripción	Datos proporcionados por el oferente		
3. 1	Gral. General			
3. 1.1	Descripción general: Microscopio multicabezal para el estudio de frotis de sangre periférica y realización de mielogramas		<	
3. 1.2	Marca: OLYMPUS			
3. 1.3	Modelo: CX-41			
3. 1.4	Origen: JAPON			
3. 1.5	Normas de calidad: FDA o CE o ISO13485.	Cumple		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ana R. Ortiz
Jefa Oficina de Sumarios
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirian E. Valdez M.
Mat. Nº 5.806
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pabla Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

ABOG. NILDA GLADYS CARCETE

Licitación Publica Nacional N° 38/11 SBE ID221894.
"Adquisición de Microscopios para el IPS"

3. 1.6	Dirección Web del fabricante:	Cumple		
3. 2	Estativo [illegible]			
3. 2.1	Estativo metálico, cuerpo del microscopio Ergonómico	Cumple Cumple		
3. 2.2	Con tratamiento antifúngico	Cumple		
3. 2.3	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados	Cumple		
3. 2.4	Permite observación simultánea de un solo espécimen con el mismo brillo y magnificación para dos observadores o más.	Cumple		
3. 3	Intro[illegible]			
3. 3.1	Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o mas	Cumple		
3. 3.2	Ajuste dióptrico	Cumple		
3. 3.3	Óptica con corrección al infinito.	Cumple		
3. 3.4	Iluminación transmitida con tubo prismático.	Cumple		
3. 3.5	Inclinación de 30° o mas a 45° o menos	Cumple		
3. 4	Oculares			
3. 4.1	10x con campo de observación de 20 mm como Mínimo	Cumple		
3. 4.2	Con protectores de caucho o sintético similar.	Cumple		
3. 4.3	Oculares con 360° de giro	Cumple		
3. 5	Revolver porta objetivos			
2. 5.1	Para cuatro o más objetivos.	Cumple		
2. 5.2	Apoyado en rodamiento de bolillas	Cumple		
2. 6	Objetivos			
2. 6.1	4x, 10x, 40x y 100x o mas	Cumple		
2. 6.2	Óptica con corrección al infinito. (óptica plana)	Cumple		
2. 6.3	Plan acromático, corrección de aberraciones esférica y cromática	Cumple Cumple		
1. 7	Condensador			
1. 7.1	Acromático con filtro azul, verde y amarillo	Cumple		
1. 7.2	Apertura numérica 1.25 o mas.	Cumple		
1. 7.3	Tipo Abbe de altura regulable	Cumple		
1. 8	Sistema de enfoque [illegible]			
1. 8.1	Micrométrico: 4 mm/rev ± 2 mm/rev	Cumple		
1. 8.2	Micrométrico: 0,2 mm/rev ± 0,1 mm/rev	Cumple		
1. 9	Sistema de iluminación			
1. 9.1	Fuente de luz halógena a 30 W como mínimo o iluminación LED.	Cumple		
1. 9.2	Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).	Cumple		
1. 9.3	Iluminación Koehler.	Cumple		
1. 9.4	Diafragma de campo	Cumple		
1. 9.5	Continuamente regulable.	Cumple		
3. 11	Otros			
3. 11.1	Platina con pinza sujeta objetos para una o dos Laminillas	Cumple		
3. 11.2	Funda de protección proporcional al Microscopio	Cumple		
3. 11.3	Papel limpia óptica o papel seda 100 hojas como Mínimo	Cumple		
3. 11.5	Con alimentación mediante transformador de tensión de 220 Vca a 50 Hz y toma shucko de	Cumple		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ana Ramírez R.
Jefa Oficina de Seguros
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Martin E. Valdez M.
Abogado - Mat. N° 5406
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Area Interior y Central

ABOG. NILDA GLADYS GARCETE

	entrada y 24 V o menos de salida.			
3. 11.6	Jostick para controlar la flecha indicadora	Cumple		
3. 11.7	Flecha iluminada indicador de especímenes	Cumple		

EMPRESA: CHARGENTISA				
Ítem	Descripción	Cumple requerimiento por el IPS		
3. 1.1	Descripción general: Microscopio multicabezal para el estudio de frotis de sangre periférica y realización de mielogramas			
3. 1.2	Marca: PROWAY			
3. 1.3	Modelo: H-PW204			
3. 1.4	Origen: CHINA			
3. 1.5	Normas de calidad: FDA o CE o ISO13485.	Cumple		
3. 1.6	Dirección Web del fabricante:	Cumple		
3. 2	Descripción			
3. 2.1	Estativo metálico, cuerpo del microscopio Ergonómico	Cumple		
3. 2.2	Con tratamiento antifúngico	Cumple		
3. 2.3	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados	Cumple		
3. 2.4	Permite observación simultánea de un solo espécimen con el mismo brillo y magnificación para dos observadores o mas.	Cumple		
3. 3	Tubo trinocular			
3. 3.1	Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o mas	Cumple		
3. 3.2	Ajuste dióptrico	Cumple		
3. 3.3	Óptica con corrección al infinito.	Cumple		
3. 3.4	Iluminación transmitida con tubo prismático.	Cumple		
3. 3.5	Inclinación de 30° o mas a 45° o menos	Cumple		
3. 4	Oculares			
3. 4.1	10x con campo de observación de 20 mm como Mínimo	Cumple Cumple		
3. 4.2	Con protectores de caucho o sintético similar.	Cumple		
3. 4.3	Oculares con 360° de giro	Cumple		
2. 5	Revolver porta objetivos			
2. 5.1	Para cuatro o más objetivos.	Cumple		
2. 5.2	Apoyado en rodamiento de bolillas	Cumple		
2. 6	Objetivos			
2. 6.1	4x, 10x, 40x y 100x o mas	Cumple		
2. 6.2	Óptica con corrección al infinito. (óptica plana)	Cumple		
2. 6.3	Plan acromático, corrección de aberraciones esférica y cromática	Cumple		
1. 7	Condensador			
1. 7.1	Acromático con filtro azul, verde y amarillo	Cumple		
1. 7.2	Apertura numérica 1.25 o mas.	Cumple		
1. 7.3	Tipo Abbe de altura regulable	Cumple		
1. 8	Sistema de enfoque coaxial			
1. 8.1	Micrométrico: 4 mm/rev ± 2 mm/rev	Cumple		
1. 8.2	Micrométrico: 0,2 mm/rev ± 0,1 mm/rev	Cumple		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefa Oficina de Suministros
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromed
Área Interior y

ABOG. NILDA GLADYS GALLETE

Licitación Publica Nacional N° 38/11 SBE ID221894.
"Adquisición de Microscopios para el IPS"

1.9.1	Fuente de luz halógena a 30 W como mínimo o iluminación LED.	Cumple		
1.9.2	Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).	Cumple		
1.9.3	Iluminación Koehler.	Cumple		
1.9.4	Diafragma de campo	Cumple		
1.9.5	Continuamente regulable.	Cumple		
3.11	Otros			
3. 11.1	Platina con pinza sujeta objetos para una o dos Laminillas	Cumple		
3. 11.2	Funda de protección proporcional al Microscopio	Cumple		
3. 11.3	Papel limpia óptica o papel seda 100 hojas como Mínimo	Cumple		
3. 11.5	Con alimentación mediante transformador de tensión de 220 Vca a 50 Hz y toma shucko de entrada y 24 V o menos de salida.	Cumple		
3. 11.6	Jostick para controlar la flecha indicadora	Cumple		
3. 11.7	Flecha iluminada indicador de especímenes	Cumple		

PARA EL ITEM 1:

La firma CHARPENTIER presento la mejor oferta, si embargo no especifica en su catalogo dicha información, de los ITEM 1.3.3. y el ITEM 1.6.3.

1.3.3	Óptica con corrección al infinito.	no cumple
1.6.3	Plan acromático, corrección de aberraciones esférica y cromática.	No cumple

Tampoco cumple con el ITEM 1.9.1.

1.9.1	Fuente de luz halógena a 30 W como mínimo o iluminación LED.	No cumple

Ya que su catalogo dice claramente **lámpara de 6v 20w**.

La Oferta presentada por la Firma BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. es la segunda mejor oferta, esta firma presento todos los documentos en regla, luego de la evaluación técnica se verifica que la misma cumple con todos las especificaciones solicitadas.

Por tanto, para el **ITEM 1:** se sugiere la adjudicación a la segunda mejor oferta presentada por la firma BIOTEC DE PARAGUAY S.R.L. ya que cumple con todo el ítem requerido.

PARA EL ITEM 2

La firma CHARPENTIER presentó la mejor oferta, sin embargo presento un modelo de microscopio con la denominación "**Microscopio** video de **PW-100LCD** con la pantalla del LCD" que no corresponde al llamado ya que el llamado dice claramente **microscopio trinocular** y este microscopio es un **"Microscopio binocular con LCD"**, siendo evaluado se verifica que no cumple con las siguientes especificaciones

2.10.1	Cámara CCD a color para microscopio trinocular.	No cumple
2.10.2	Resolución 12 MPíxeles o más.	No cumple
2.10.3	Profundidad de 8 bits o más por color.	No cumple
2.10.4	* 10 cuadros por segundo con resolución de 1200 x 960 pixeles * 24 cuadros por segundo de 680 x 480 pixeles por segundo	No cumple
2.10.5	Balance de blancos en forma automática y manual.	No cumple
2.10.6	Salida USB2.0 (o superior) o IEEE 1394 para conexión a PC o Notebook.	No cumple

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ana Raquel R.
Jefa Oficina de Seguros
O.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Miriam E. Valdez M.
Abogada
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

No presentó características de la cámara que oferta.

La segunda mejor oferta corresponde a la firma **EXIMPAR S.R.L.**, esta firma presenta todos los documentos en regla, luego de la evaluación técnica se verifica que cumple con todos las especificaciones solicitadas.

Para el ITEM 2: se sugiere la adjudicación a la segunda mejor oferta que corresponde a la firma **EXIMPAR S.R.L.**

PARA EL ITEM 3

En este Ítem 3, la firma **CHARPENTIER S.R.L** presenta la mejor oferta, y cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas, se sugiere adjudicar.

CONCLUSION:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se eleva el presente informe, con las sugerencia de adjudicar a las Empresas detalladas en el cuadro siguiente, por ajustarse a las

condiciones técnicos legales estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones:

1. BIOTEC DEL PARAGUAY SRL.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	COSTO UNITARIO C/IVA	COSTO TOTAL C/IVA
1	41111709-001	MICROSCOPIO BINOCULAR	68	Unidad	Unidad	Labovision	India	4.198.529	285.499.972.
Total – IVA Incluido									285.499.972

Son Guaranies: Doscientos ochenta y cinco millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos setenta y dos (IVA Incluido)

2. EXIMPAR SRL..

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	COSTO UNITARIO C/IVA	COSTO TOTAL C/IVA
2	41111727-001	MICROSCOPIO TRINOCULAR	1	Unidad	Unidad	ZEISS	Alemania	18.276.500	18.276.500
Total – IVA Incluido									18.276.500

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Adra
Jefa Oficina
DGG

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
E. Valdez M.
Abogado
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

ABOG. NILDA GLADYS GARCETE

Son Guaranies: Díez y ocho millones doscientos setenta y seis mil quinientos (IVA Incluido)

3. CHARPENTIER.

M	CODIGO DE CATALOGO	ARTICULO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	COSTO UNITARIO C/IVA	COSTO TOTAL C/IVA
	41111709-002	MICROSCOPIO DE DOBLE CABESAL.	1	Unidad	Unidad	PROWAY	CHINA	12.750.000	12.750.000.
								Total – IVA Incluido	12.750.000.

Son Guaranies: Doce millones setecientos cincuenta mil (IVA Incluido)

TOTAL ADJUDICADO EN LA LPN 38/11 ES DE GUARANIES: 316.526.972.-(Trescientos diez y seis millones quinientos veinte y seis mil novecientos setenta y dos.).-

9. DISTRIBUCIÒN DE ADJUDICACIÒN POR RUBRO Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Presupuestario	Descripción de Programa Presupuestario	RUBRO	TOTAL ADJUDICADO C/IVA
2	**Asistencia Médica en General Adquisición De Maquinarias, Equipos y Herramientas en general.**	530	**316.526.972.-**

10. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

Las empresas oferentes adjudicadas deberán presentar para la suscripción del contrato los siguientes documentos:

1) **Constancia emitida por la Dirección General de los Registros Públicos, de no encontrarse en Convocatoria de Acreedores ni en Quiebras, ni con Interdicción judicial.**
2) **Certificado de Cumplimiento Tributario.**
3) **Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o Constancia de no estar inscripto en el IPS.**
4) **Constancia emitida por el fabricante, debidamente legalizada e inscripta en el Registro Publico.**

Es nuestro informe.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ana Ramírez R.
Jefa Oficina de Seguros
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado – Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica

ABOG. NILDA GLADYS GARCETE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pablo Miranda
Sección Electromedicina
Área Interior y Central

ANEXOS

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

SGS

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

001177

SBE ID Nº 221894

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:02 del día 11/10/2011, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 221894 - LPN 38/11 ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA EL IPS de la Institución:

Código Verificador: 49fe2c65afb7ef47a869799f43ed0286

Nivel de Entidad:	ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Entidad:	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
UOC:	UOC IPS
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el mencionado llamado, solicitamos que el plazo de entrega se extienda por lo menos de 60 (sesenta) a 90 (noventa) días. Esto obedece a que los productos solicitados en el Item Nº 1, la cantidad es considerable y el plazo de entrega solicitado por la convocante es muy exiguo. El plazo que solicitamos es para que nos den la posibilidad de importar por vía marítima que abarataria el precio final del producto solicitado. Atentamente.	07-09-2011	07:09:50

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sin Respuesta		

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
CHARPENTIER SRL - 80013232-7	Grande	1	071508021382/000	Póliza	La Consolidada	13-09-2011	14-09-2011	12-03-2012
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	Grande	2	47.1501.012712	Póliza	Imperio S.A.	26-09-2011	26-09-2011	26-03-2012
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7	Sin categorizar	3	06.1508.34220/000	Póliza	Rumbos S.A. de Seguros	10-10-2011	11-10-2011	09-03-2012
MICRONAL SRL - 80005874-7	Sin categorizar	4	22.1508.07984/000	Póliza	SEGUROS CHACO S.A.	10-10-2011	10-10-2011	13-03-2012
IN SITU S.A. - 80027373-7	Sin categorizar	5	18.1508.06034/000	Póliza	ASEPASA	07-10-2011	07-10-2011	15-03-2012
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Grande	6	07.1508.21648/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	10-10-2011	11-10-2011	19-03-2012
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	Grande	7	07.1508.021649/000	Póliza	La Consolidad S.A.	11-10-2011	11-10-2011	09-03-2012

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

SGS

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	41111709-001	Microscopio binocular	68,00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHARPENTIER SRL - 80013232-7	Proway	Proway	PW BK	China	Microscopio binocular	3.200.000	217.600.000
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	Motic	Motic Instruments Inc.	BA310 Binocular	China	Microscopio Binocular	11.000.000	748.000.000
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7	LABOVISION	LABEX K.K. INTERNATION	AX 21	India	Microscopio binocular	4.400.000	299.200.000
MICRONAL SRL - 80005874-7	OLYMPUS	OLYMPUS OPTICAL, INC.	CX-31	Japonesa	Microscopio Binocular	8.338.000	566.984.000
IN SITU S.A. - 80027373-7	LABOMED	LABOAMERIC	LX400	EEUU	Microscopio Binocular	5.590.000	380.120.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Motic	Motic Instruments, Inc.	BA310	Canada	Se adjuntan: Planilla de Especificaciones Tecnicas, Catalogo y Manual de Instrucciones.	14.000.000	952.000.000
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	ZEISS	CARL ZEISS	PRIMO STAR	ALEMANIA	Microscopio Binocular, con 4 (cuatro) objetivos	6.865.320	466.904.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	41111727-001	Microscopio Trinocular	1,00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHARPENTIER SRL - 80013232-7	Proway	Proway	PW 100	China	Microscopio trinocular	9.200.000	9.200.000
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	Motic	Motic Instruments Inc.	BA310 Trinocular	China	Microscopio Trinocular	44.000.000	44.000.000
MICRONAL SRL - 80005874-7	OLYMPUS	OLYMPUS OPTICAL, INC.	CX-41	Japonesa	Microscopio Trinocular	96.580.000	96.580.000
IN SITU S.A. - 80027373-7	LABOMED	LABOAMERIC	LX400 + iVU7000	EEUU	Microscopio Trinocular con Cámara digital	26.700.000	26.700.000
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	ZEISS	CARL ZEISS	PRIMO STAR	ALEMANIA	Microscopio Trinocular, con 4 (cuatro) objetivos, con cámara digital, con PC y monitor	23.647.250	23.647.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	41111709-002	Microscopio multicabezal	1,00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHARPENTIER SRL - 80013232-7	Proway	Proway	NP	China	Microscopio multicabezal	12.750.000	12.750.000
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	Motic	Motic Instruments Inc.	BAT-310-MVH-2	China	Microscopio multicabezal	33.000.000	33.000.000
MICRONAL SRL - 80005874-7	OLYMPUS	OLYMPUS OPTICAL, INC.	CX-41	Japonesa	Microscopio Multicabezal	41.998.000	41.998.000
IN SITU S.A. - 80027373-7	LABOMED	LABOAMERIC	LX400	EEUU	Microscopio Multicabezal	14.000.000	14.000.000
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	ZEISS	CARL ZEISS	AXIOLAB A1	ALEMANIA	Microscopio Binocular, con coobservador, con 4 (cuatro) objetivos	72.352.060	72.352.060

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

1 - Microscopio binocular

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CHARPENTIER SRL - 80013232-7	217.600.000	11-10-2011	08:00:27.541	Propuesta
		Código Verificador:	0add957184505e1594ff8b0a8ea3a90e	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7	285.500.000	11-10-2011	08:34:59.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f0b262f3afaa36c5f8b079c15da657c	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	285.556.480	11-10-2011	08:34:32.605	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99fa104c476813b8a8edb4ca1635f6e7	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7	290.000.000	11-10-2011	08:34:20.823	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdc9750905d92a033afb1e0f162c5a74	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	298.504.360	11-10-2011	08:27:22.801	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b8196a17ad2dd7207b85c2e6989ed811	

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

SGS

Listado General de todas las Ofertas

99:175

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7	299.200.000	11-10-2011	08:00:27.504	Propuesta
		Código Verificador:	74833943d8e2a0f68aa0d5ec615d0c5f	
IN SITU S.A. - 80027373-7	330.000.000	11-10-2011	08:34:19.378	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7ed254788231758f48863ed1e96e752	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	333.608.000	11-10-2011	08:33:39.844	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45b35e9083d33a60b069261631e1f3a8	
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	380.109.936	11-10-2011	08:33:43.258	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0fef8b4d28e559b80859fa977eab1f26	
IN SITU S.A. - 80027373-7	380.120.000	11-10-2011	08:00:27.529	Propuesta
		Código Verificador:	b3bc1655f5ed831234bc9e340d778395	
MICRONAL SRL - 80005874-7	398.700.000	11-10-2011	08:33:08.031	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3c96b7f29ab3e84fc3da3142beced790	
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	400.000.000	11-10-2011	08:27:07.031	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0029f359eb23eab600adb974ad1c1582	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	430.000.000	11-10-2011	08:21:06.000	Etapa de Puja
		Código Verificador:	41720b07be1b6c70ed616cdf7395877b	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	466.841.760	11-10-2011	08:00:27.511	Propuesta
		Código Verificador:	d9113cbb9e9609eb2782192d5a69fa2a	
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	565.000.000	11-10-2011	08:25:43.969	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a1f24e0083bc909c1d9120945003df0a	
MICRONAL SRL - 80005874-7	566.984.000	11-10-2011	08:00:27.481	Propuesta
		Código Verificador:	64eb567f8e75042a8c10c364a6f5a2de	
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	748.000.000	11-10-2011	08:00:27.518	Propuesta
		Código Verificador:	d36f71345d272091d26248e633d74829	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	952.000.000	11-10-2011	08:00:27.523	Propuesta
		Código Verificador:	912c2020f020a05e0b4de8b0a410c5ac	

2 - Microscopio Trinocular

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CHARPENTIER SRL - 80013232-7	9.200.000	11-10-2011	08:00:27.680	Propuesta
		Código Verificador:	932b090f964c3720041c3b9dfbad0e00	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	18.276.500	11-10-2011	08:51:52.511	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da9b3816bf210630ddb4ec3c974c04a8	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	18.813.520	11-10-2011	08:50:29.794	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2b1c637754e1f59a7c18e30fea393ae	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	19.351.200	11-10-2011	08:49:29.406	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f2b46961144fb348bf5a9bf4580e36a	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	20.424.800	11-10-2011	08:49:13.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a0e4db63c9a3af7e6120e9a17a1cd2b	
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	20.900.000	11-10-2011	08:49:09.275	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5a0f024a24b9863a9463d623334f6ba	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	21.498.950	11-10-2011	08:48:38.910	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6415209fc5a5c98d59d6f75579bc5eb2	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	23.647.250	11-10-2011	08:00:27.665	Propuesta
		Código Verificador:	a6d291383f744a3a8fb520e9dd8806a7	
IN SITU S.A. - 80027373-7	25.700.000	11-10-2011	08:49:55.969	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22e6310070cfd0db6df6afce8478f39b	
IN SITU S.A. - 80027373-7	26.700.000	11-10-2011	08:00:27.675	Propuesta
		Código Verificador:	86dcb8b21f7064b091f0ac5780410881	
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	44.000.000	11-10-2011	08:00:27.670	Propuesta
		Código Verificador:	cbabab61e2dab67c5b501ddb1ce7b20c	
MICRONAL SRL - 80005874-7	96.580.000	11-10-2011	08:00:27.658	Propuesta
		Código Verificador:	635863436aa9cc776b0cf84ac60cb5e4	

3 - Microscopio multicabezal

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CHARPENTIER SRL - 80013232-7	12.750.000	11-10-2011	08:00:27.759	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	9519fa982a993106dc1d2c93b4b566c3	
IN SITU S.A. - 80027373-7	14.000.000	11-10-2011	08:00:27.753	Propuesta
		Código Verificador:	cd1404f2b9efb58d8deb69558177255f	
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	33.000.000	11-10-2011	08:00:27.748	Propuesta
		Código Verificador:	9616f7ac7cb7ef40e2b1af1b407c5a7e	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	41.500.000	11-10-2011	09:02:07.011	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fabf56ae943e1d0492ba456dbe70f64	
MICRONAL SRL - 80005874-7	41.998.000	11-10-2011	08:00:27.735	Propuesta
		Código Verificador:	71412acf7d29ed3b899decd2526533ac	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	72.352.060	11-10-2011	08:00:27.740	Propuesta
		Código Verificador:	d533fb1d6cdebe81cc09314db8aa7ee2	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Microscopio binocular

Oferente	Mejor Precio
CHARPENTIER SRL - 80013232-7	217.600.000
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7	285.500.000
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	285.556.480
IN SITU S.A. - 80027373-7	330.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	333.608.000
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	380.109.936
MICRONAL SRL - 80005874-7	398.700.000

2 - Microscopio Trinocular

Oferente	Mejor Precio
CHARPENTIER SRL - 80013232-7	9.200.000
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	18.276.500
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	20.900.000
IN SITU S.A. - 80027373-7	25.700.000
MICRONAL SRL - 80005874-7	96.580.000

3 - Microscopio multicabezal

Oferente	Mejor Precio
CHARPENTIER SRL - 80013232-7	12.750.000
IN SITU S.A. - 80027373-7	14.000.000
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	33.000.000
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	41.500.000
MICRONAL SRL - 80005874-7	41.998.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013232-7 - CHARPENTIER SRL

Item	Precio Ganador
1 - Microscopio binocular	217.600.000
2 - Microscopio Trinocular	9.200.000
3 - Microscopio multicabezal	12.750.000

Listado de Mensajes

1 - Microscopio binocular

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-10-2011	08:11:18.585
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	11-10-2011	08:13:55.659
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-10-2011	08:16:46.947
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-10-2011	08:16:57.763
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-10-2011	08:33:07.348
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-10-2011	08:35:03.675

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-10-2011	08:35:03.962

2 - Microscopio Trinocular

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-10-2011	08:35:56.396
Buenos días Señores, continuamos con la competencia.	11-10-2011	08:36:10.080
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	11-10-2011	08:39:01.427
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-10-2011	08:42:20.864
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-10-2011	08:42:25.903
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-10-2011	08:48:25.971
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-10-2011	08:52:26.133
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-10-2011	08:52:26.379

3 - Microscopio multicabezal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-10-2011	08:52:38.265
Continuamos con la Subasta.	11-10-2011	08:52:54.967
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	11-10-2011	08:53:00.955
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-10-2011	08:55:43.093
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-10-2011	08:55:48.936
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-10-2011	09:01:49.049
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-10-2011	09:02:49.983
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-10-2011	09:02:50.378

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

PARAGUAY TODOS Y TODAS

PARAGUAY BICENTENARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DBS / OBS N° 835 / 2.011.- 000172

MEMORANDUM

PARA : Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.-
DE : Oficina de Coordinación.-
REFERENCIA : Verificación Informe de Evaluación LPN SBE N° 38/11.-
LUGAR Y FECHA : Asunción, 21 de noviembre de 2.011.-

Con relación al tema de referencia, me dirijo a vuestra Dirección a efectos de poner de manifiesto el Informe de Evaluación realizado por el Comité Evaluador designado para el estudio de las ofertas inherentes a la Licitación Pública Nacional N° 38/11 por Subasta a la Baja Electrónica para la "*Adquisición de Microscopios para el IPS*".-

Al respecto, se informa que se ha procedido a la revisión de dicho Informe de la Comisión Evaluadora conforme a las atribuciones establecidas en el Art. 10 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 que establece las atribuciones de las Unidades Operativas de Contratación (UOC).-

En ese estado y a efectos de poner a consideración del Señor Presidente y por su intermedio al Consejo de Administración el Informe de Evaluación mencionado precedentemente, se adjuntan los antecedentes respectivos.-

Atentamente.-

SERGIO BARRIOS HEYN
Ingeniero Civil

Ing. SERGIO BARRIOS HEYN
COORDINACION
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Biotec DEL PARAGUAY S.r.l.

RUC: 80008449 - 7

Formulario de Oferta - FORMULARIO Nº 3

Fecha: 11 de Octubre del 2011
L.P.N. No.: 38/2011: "ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIOS PARA EL IPS"
A: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y difundidas en el Sistema de Información de las Contrataciones y las Adendas publicadas,

b) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

c) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados del Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

d) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes al Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.

e) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la adjudicación y su notificación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

f) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

g) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 42 de las IAO y cláusula 16 de las CGC;

h) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula 19.1 de las DDL, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula 23.1 de las IAO, y de los DDL. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

i) Ofrecemos proveer los siguientes [Bienes / Servicios] de conformidad con los Documentos de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos [Bienes / Servicios] cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo el precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios
(Gs.- 285.499.972.-) MONTO TOTAL DE LA OFERTA SON GUARANIES IVA INCLUIDO: Doscientos ochenta y cinco millones cuatrocientos noventas y nueve mil novecientos setenta y dos

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Unit iva incl	Precio Total iva incl
1	41111709-001	Microscopio Binocular	LABOVISION	India	68	Unidad	Unidad	4.198.529	285.499.972
									285.499.972

Firma: .....
Nombre: GONZALO SAMANIEGO ZUBIZARRETA – SOCIO GERENTE
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: BIOTEC DEL PARAGUAY SRL
El día 11 del mes Octubre del año 2011

ORIGINAL

Biotec DEL PARAGUAY S.r.l.

ESC. ROBERTO VERA
DIRECTOR JURIDICO - I.P.S.

CONDICIONES PARTICULARES

(1/2)

RUMBOS S.A. DE SEGUROS

Estrella 851e/Montevideo y Ayolas
Teléfono: 449-488 – Fax 449-492
Asunción – Paraguay

RUC 80002760-4

Sección	Póliza Nº
CAUCION - GTIA.SERV.OFERT	06.150834221/000

Responsabilidad máxima	Fecha de Emisión
Gs. 9.000.000	10/10/2011

Plazo	Desde las 00 Hs.	Hasta las 00 Hs.	RUC O C.I.
150 Dias	11/10/2011	10/03/2012	80008419-7

Asegurado
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - I.P.S.

Domicilio
CONSTITUCION ESQ.L.A.DE HERRERA 9º P-ASUNCION

Tomador: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.

Dirección: MCAL.ESTIGARRIBIA Nº 1307 ESQ.CURUPAYTY - ASUNCION

La Compañía ampara, al Asegurado, el pago en efectivo de hasta la suma máxima asegurada, que resulte obligatorio a efectuarle el Tomador, como consecuencia del tiempo y forma en que cumple sus obligaciones derivadas del pliego de Bases y Condiciones, cuyas disposiciones principales, se transcriben seguidamente: Garantizar el Mantenimiento de la Oferta para la Adquisición de Microscopios para el I.P.S., objeto de la Licitación Pública Nacional Nº 38/2011 – ID Nº 221894.-
Queda especialmente convenido que la Compañía responderá con los mismos alcances y en la misma medida en que de acuerdo con la Ley y el Contrato motivo de este seguro, corresponde efectuar total o parcialmente la garantía a que hacen referencia ambos.

Forman parte integrante de esta póliza las siguientes cláusulas anexa(s) y anexo(s):
11, ANEXO A, CLAUSULA DE ADECUACION AL CODIGO PENAL.-

Entre RUMBOS S.A. DE SEGUROS, con domicilio en Estrella Nº 851, Asunción, en adelante, "LA COMPAÑIA" y quien precedentemente se designa con el nombre de ASEGURADO o TOMADOR conforme a la propuesta por él presentada, se celebra un Contrato de Seguro sujeto a las Condiciones Particulares, Generales y Específicas, convenidas y aceptadas para ser ejecutadas de buena fe y se anexan a la presente póliza, formando parte integrante de la misma, los vocablos "Asegurado" o "Tomador" se considerarán indistintamente según corresponda.

ORIGINAL

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.

"RUMBOS S.A. DE SEGUROS"
Lic. Miguel Larreinegabe Benza
Vice-Presidente

ARGON S.R.L. FOLIO -02- Equipos Médicos

Lista de Precios

Fecha: Asunción, 11 de Octubre de 2.011.-

LPN No. : 38/11 "Adquisición de Microscopios para el I.P.S."

Item	Codigo de Catalogo	Descripcion	Marca/Procedencia	Cantidad	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario C/ I.V.A.	Precio Total C/ I.V.A.
1	41111709-001	Microscopio Binocular	Motic /	68	Unidad	Unidad	4.906.000	333.608.000
Precio Total: Son Guaranies Trescientos treinta y tres millones seiscientos ocho mil (IVA Incluido).-								333.608.000

Nombre del Oferente: ARGON S.R.L.

Firma ..... Econ. Gumercindo Pedrozo Rodriguez. En calidad de Apoderado.-

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de ARGON S.R.L.

El día 11 del mes de Octubre del 2.011.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Raúl Samaniego Cabrera
Sindicatura

La Consolidada S.A.
de Seguros

rapidez excelencia calidad

SEGURO DE CAUCION

SUMINISTROS Y/O SERVICIOS, GARANTIA DE LA OFERTA

PÓLIZA Nº.:07.1508.021648/000

Con arreglo a las Condiciones Generales Comunes, Particulares Específicas, que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS ("EL ASEGURADOR"), con domicilio en la calle Aviadores del Chaco 1669 - Edifio AYMAC, Asunción - Paraguay en carácter de Fiador solidario,

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Con domicilio en **PETTIROSSI E/ LUIS ALBERTO DE HERRERA**

("EL ASEGURADO"), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

Gs. 35.000.000
(GUARANÍES TREINTA Y CINCO MILLONES)

Que resulte obligado a efectuarle:

ARGON S.R.L.
Con domicilio en **REPUBLICA ARGENTINA Nº2461 C/ PASO DE PATRIA - ASUNCION**

("EL TOMADOR"), por afectación de la garantía que de acuerdo a la Ley, las bases de la Licitación, y el Contrato, en su caso, esta obligado a constituir según el objeto que se indica en la cláusula 1 de las Condiciones Particulares Especificas, integrantes de esta póliza.

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Licitación Pública Nacional Nº 38/2011- "Adquisición de Microscopios para el IPS".

Se hace constar que la presente póliza de caución una vez emitida, no esta sujeta a ningún tipo de anulación, salvo acuerdo por escrito de las partes afectadas y la compañía emisora, siempre y cuando la misma no haya tomado vigencia de cobertura efectiva, en cuyo caso no corresponde ningún tipo de devolución de prima.
IMPORTANTE: Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerara aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Articulo 1556 Codigo Civil)

El presente seguro regirá a contar desde las 0:00 Hs del día **11/10/2011** hasta las 0:00 Hs. del día **19/03/2012**

LIQUIDACIÓN		
Prima:	Gs.	148.400.-
I.V.A. s/ Prima:	Gs.	14.840.-
Premio:	Gs.	163.240.-
I.P.F.:	Gs.	0.-
I.V.A. s/ Interés:	Gs.	0.-
Costo del Finan:	Gs.	0.-
COSTO FINAL:	Gs.	163.240.-

DATOS DEL FINANCIAMIENTO
Monto Financiado: 0,00.-
Vencimientos

Fecha	Monto
C O N T A D O	

VIGENCIA: **160 Dias**
Desde: **11/10/2011** Hasta: **19/03/2012**

Asunción, 10 de OCTUBRE de 2011

LA CONSOLIDADA S.A.
DE SEGUROS

P/P ALBERTO LOPEZ PERTILE
Gerente Técnico

micronal
Equipos e Instrumentos de Precisión

MICRONAL S.R.L.
15 de Agosto 818 e/ Humaitá y Piribebuy - Teléfono 497 871 - R.A. 446 503 - Fax: 00595 - 21 - 442 772 - P.O. Box 2630
Asunción Paraguay

Nuestra Ref.:

Formulario de Presentación de la Oferta

Fecha: **14 de octubre 2011**
L.P.N. **N° : 38/11**
SBE con I.D **N°: 221894**
"Adquisición de Microscopios para el I.P.S."

A: **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL - Dirección de Gestión de Bienes y Servicios – Departamento de Licitaciones**

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de Licitación, incluyendo incluyendo las Instrucciones a los Oferentes para Subasta a la Baja Electrónica (IAO.SBE) y las Condiciones Generales del Contrato para Subasta a la Baja Electrónica (CGC.SBE) aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y difundida en el Sistema de Información de las Contrataciones, y las Adendas publicadas.

(b) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

(c) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados del Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

(d) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes al Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.

(e) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la adjudicación y su notificación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(f) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

(g) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 42 de las IAO y cláusula 16 de las CGC;

(h) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula 19.1 de las DDL, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula 23.1 de las IAO, y de los DDL. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Raúl Santiago Cabrera
Sindicatura

MICRONAL S.R.L.
15 de Agosto 818 c/ Humaitá
Dirección Postal: P.O. BOX: 2630
Tel./Fax: 595-21 442.772
ASUNCION - PARAGUAY

micronal
Equipos e Instrumentos de Precisión

MICRONAL S.R.L.
15 de Agosto 818 e/ Humaitá y Piribebuy - Teléfono 497 871 - R.A. 446 503 - Fax: 00595 - 21 - 442 772 - P.O. Box 2630
Asunción Paraguay

Nuestra Ref.:

(i) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes de conformidad con los Documentos de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos Bienes cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, **siendo el precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios**:

LISTA DE PRECIOS

Fecha: **14 de octubre 2011**
L.P.N. **N° : 38/11**
SBE con I.D **N°: 221894**
"Adquisición de Microscopios para el I.P.S."

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA/ PROCEDENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO c/I.V.A.	PRECIO TOTAL c/I.V.A.
1	41111709-001	Microscopio Binocular	OLYMPUS/Japón	68	Unidad	Unidad	Gs. 5.863.235,-	Gs.398.700.000,-
2	41111727-001	Microscopio Trinocular	OLYMPUS/Japón	1	Unidad	Unidad	Gs. 96.580.000,-	Gs. 96.580.000,-
3	41111709-002	Microscopio de Dobel Cabezal	OLYMPUS/Japón	1	Unidad	Unidad	Gs. 41.998.000,-	Gs. 41.998.000,-
MONTO TOTAL DE LA OFERTA: SON GUARANIÉS: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, I.V.A. INCLUIDO								***Gs. 537.278.000,-***

Nombre: **Enis Okurdil** En calidad de **Socio-Gerente**

Firma

MICRONAL S.R.L.
Enis Okurdil
Socio Gerente

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de **MICRONAL S.R.L.**
El día 14 del mes de octubre de 2011

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Raúl Samaniego Cabrera
Sindicatura

MICRONAL S.R.L.
15 de Agosto 818 c/ Humaitá
Dirección Postal: P.O. BOX: 2630
Tel./Fax: 595-21 442.772
ASUNCION - PARAGUAY

2

SEGUROS CHACO S.A.
DE SEGUROS Y REASEGUROS

MCAL.LÓPEZ Nº 5233
Tels: 605600 (RA)
Asunción - Paraguay

El texto de esta poliza ha sido registrado en la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, bajo el Codigo No. 22-0006 por Resolucion SS.RP. No. 350/98 de fecha 24 de setiembre de 1998.-

SEGURO DE CAUCION - CONDICIONES PARTICULARES - Modalidad: GTIA.SERV.OFERT

Nº de Poliza	Fecha Emisión	Inicio Vigencia	Fin Vigencia	Plazo
22.1508.07984/000	10/OCT/2011	10/OCT/2011	13/MAR/2012	155 dias

Autorizado a operar según Res. Nº 3, Acta 186 del Directorio del Banco Central del Paraguay en fecha 05/07/1977

Tomador: 15244 - MICRONAL S.R.L. **R.U.C** 80005874-7
15 DE AGOSTO 818 - ASUNCION

Asegurado: 000039 - INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.)

SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, en adelante denominado el "Asegurador" y quien en adelante se designa con el nombre de "Tomador" conforme a la propuesta por él presentada , celebran un Contrato de Seguro, sujeto a las Condiciones Generales y Particulares, convenidas y aceptadas para ser ejecutadas de buena fe y que se anexan a la presente Póliza, formando parte integrante de la misma

Objeto de la Licitación o el Contrato

SBE - LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 38/11. ADQUISICION DE MICROCOSPIOS PARA EL IPS.-

Suma Asegurada: **Gs. 22.000.000. -**

Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la Propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Art.1556 CC)

LIQUIDACIÓN		
Prima:	Gs.	181.818.-
I.V.A. s/ Prima:	Gs.	18.182.-
Premio:	Gs.	200.000.-
I.F.P.	Gs.	0.-
I.V.A. s/ Interés:	Gs.	0.-
Costo Refinanc.:	Gs.	0.-
COSTO FINAL:	Gs.	200.000.-

DATOS DEL FINANCIAMIENTO

Monto Financiado: 0,00.-
Vencimientos

Fecha	Monto
C O N T A D O	

Forman parte integrante de la presente Póliza, lo siguiente :

COND. PART.ESPECIFICAS Y CLAUSULA ESPECIAL TEMPORARIA.-

SEGUROS CHACO S.A. SEGUROS Y REASEGUROS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Raúl Samaniego Cabrera
Sindicatura

MICRONAL S.R.L.
15 de Agosto 818 c/ Humaitá
Dirección Postal: P.O. BOX: 263
Tel./Fax: 595-21 442.772
ASUNCION - PARAGUAY

JORGE BORDON PAREDES
Director

ADRIAN VELILLA F.
Vice Presidente

3

PRODUCTOS LABORATORIALES - HOSPITALARIOS INDUSTRIALES

IN SITU S.A.
Soluciones Integrales

Piribebuy 595 esq. 15 de agosto 2° Piso Ofic. 2A
Telefax: 595-021-442 380/1 - Asunción - Paraguay
www.insitu.com.py | insitu@insitu.com.py

PARAGUAY BICENTENARIO

Lista de Precios

Fecha: 27/09/2011
LPN SBE No.:38/11

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/ PROCEDENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA
1	41111709-1	Microscopio Binocular	Labomed-USA	68	Unidad	Unidad	4.852.941	329.999.988
2	41111727-1	Microscopio trinocular	Labomed-USA	1	Unidad	Unidad	25.700.000	25.700.000
3	41111709-2	Microscopio de doble cabezal	Labomed-USA	1	Unidad	Unidad	14.000.000	14.000.000
Monto Total de la Oferta: Son Guaraníes Trescientos Sesenta y Nueve Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Ocho Iva Incluido----------								369.699.988

IN SITU S.A.
Lic. Erik Wuth
Presidente

IN SITU S.A.
insitu@insitu.com.py
Telefax: 595 021 442 380/1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Raúl Samaniego Cabrera
Sindicatura

12

asepasa
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.

Avda. Boggiani Nro.5.848 e/
Alas Paraguayas y R. I. 6
Boquerón ASUNCION
PARAGUAY

SECCION:
SUMINISTROS Y/O SERVICIOS, GARANTIA DE LA OFERTA

El texto de esta póliza ha sido registrado en la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, bajo el Código Nº 006-0011 por Resolución SS.RP. Nº 217/97 de fecha 01 de Octubre de 1997.-

Póliza Nº.	Fecha Emisión	Inicio Vigencia	FinVigencia	Plazo	Renueva a
1508.06034/000	07/10/2011	07/10/2011	15/03/2012	160 Dias	-o-

URADO: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (IPS)
CILIO: CONSTITUCION Y LUIS A. DE HERRERA

ADOR - DOMICILIO
011773 - IN SITU S.A.
PIRIBEBUY 595 2º A - ASUNCION

RUC
80027373-7
Tel.: 442.380/1

Entre ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., en adelante denominado el "Asegurador" y quien precedentemente se designa con el nombre de "Proponente" o "Tomador", conforme a la propuesta por él presentada, celebran un Contrato de Seguro sujeto a las Condiciones Particulares, Condiciones Particulares Comunes y Condiciones Generales comunes convenidas y aceptadas para ser efectuadas de buena fe y que se anexan a la presente Póliza, formando parte integrante de la misma.

CONDICIONES PARTICULARES

Suma Asegurada : **Gs. 12.900.000. -**

Objeto

ADQUISICION DE MICROSCOPIO PARA EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL.-
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 38/2011 - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA.-

Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la Propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el Asegurado si no reclama dentro de un mes de haber recibido la Póliza. (Art. 1556 C.C.)

Forman parte integrante de la presente Póliza, las siguientes Clausulas Adicionales, Anexos y Endosos:

CLÁUSULA DE TERRORISMO, AÑO 2000, ADECUACIÓN AL CÓDIGO PENAL, ANEXA 08. ----------

LIQUIDACIÓN

a:	Gs.	181.818. -
s/ Prima:	Gs.	18.182. -
io:	Gs.	200.000. -
I.P.F.	Gs.	0. -
I.V.A. s/ Interés:	Gs.	0. -
Costo Refinanc.:	Gs.	0. -
COSTO FINAL:	Gs.	200.000. -

DATOS DEL FINANCIAMIENTO

Monto Financiado: 200.000.-
Vencimientos

	Fecha	Monto
Inic.	08/10/2011	0.-
01	08/11/2011	200.000.-

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A

MARCELO MONTI
GERENTE COMERCIAL

P.M. y A. S.A.

Lista de Precios

Fecha: 14 de Octubre de 2011
LPN SBE Nº 38/11

TEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA/ PROCEDENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA
1	41111709-001	Microscopio Binocular	Motic/China	68	Unidad	Unidad	5.589.852	380.109.936
2	41111727-001	Microscopio Trinocular	Motic/China	1	Unidad	Unidad	20.900.000	20.900.000
3	41111709-002	Microscopio de doble cabezal	Motic/China	1	Unidad	Unidad	33.000.000	33.000.000
Monto total de la oferta: Son Guaraníes Cuatrocientos treinta y cuatro millones nueve mil novecientos treinta y seis----							**59.489.852**	**434.009.936**

Nombre: **PATRICIO ENEAS MENDOZA** Con CI Nº: **2.502.235** En calidad de: **Director Titular y Presidente**

FIRMA:.....

Autorizada a firmar por la empresa: **P.M. y A. S.A.**
Patricio E. Mendoza Speratti
El día 14 de Octubre del 2011.

PM y A S.A.
Río Yhaguy Nº 157 c/ Madame Lynch
Fdo. de la Mora - Paraguay

000003

Dirección: Río Yhaguy Nº 157 C/ Madame Lynch
Tel/ Fax: (021) 527 779
E-mail: pmyasri@cmm.com.py
FDO. DE LA MORA – PARAGUAY

IMPERIO S.A.
DE SEGUROS

Ntra. Sra. de la Asunción 1348
Telefax 444 930 / 932 - 934
Cel. (0981) 421 241
Asunción - Paraguay

000004

SEGURO DE CAUCION

MANTENIMIENTO DE OFERTA EN CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS (GARANTIA DE LA OFERTA)

LIQUIDACION COSTO FINAL	
Prima	300.172
Gastos	18.010
R.P.F.	0
Sub Total	318.182
I.V.A.	31.818
PREMIO	350.000

Poliza Nro	Endoso Nro.	Seccion/Modalidad
47.1501.012712	0000	1501 MANT/OFERTA/PUBLICOS

SUMA ASEGURADA 60.000.000.-- Emision 26/09/2011 Vigencia Desde 26/09/2011 Vigencia Hasta 26/03/2012

CONDICIONES PARTICULARES

IMPERIO S.A. DE SEGUROS, en adelante denominada el "Asegurador" y quien en adelante se disigna con el nombre del "Tomador", conforme a la propuesta por el presentada, celebran en Contrato de Seguro, sujeto a las Condiciones Generales y Particulares Especificas, convenidas y aceptadas para ser ejecutadas de buena fe y que se anexan a la presente Poliza formando parte integrante de la misma.

Tomador P.M. y A. S.A.-
Direccion RIO YHAGUY Nº 157.- R.U.C. / C.I. 80045130-9
Asegurado INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Direccion R.U.C. / C.I.
Suma Asegurada
GUARANIES: SESENTA MILLONES.-

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA PARA LA ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 38/2011 ID. N° 221.894. SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA.-

El presente Seguro regira desde las 00 horas del dia 26 de setiembre de 2011 hasta la extincion de las obligaciones del Tomador, que son materia del presente Seguro.
Forman parte integrante de la presente poliza, las siguientes Clausulas Adicionales y Endosos:

Cuando el texto de la Poliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considera aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la poliza. (Art. 1556 C.C.).

Asuncion, 26 de setiembre de 2011

VICTOR H. MARTINEZ LACONICH
Director Gerente

Lic. MIGDONIO SANDOVAL PINEDA
Presidente Ejecutivo

...TO DE PREVISIÓN SOCIAL
SBE - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 38/2011
"Adquisición de Microscopio para el I.PS."
OFERENTE: EXIMPAR S.R.L.
Dirección: Parguari Nº 942 c/ Tte. Fariña RUC Nº 80002596-2
Tel.: 451273 - 494023 / e-mail: eximpar@tigo.com.py

11/10/2011

EXIMPAR SRL

Lista de Precios

Ítem	Código del Catalogo	Descripción del Bien	Marca/Procedencia	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario I.V.A Inc.	Precio Total I.V.A. Incl.
1	41111709-001	Microscopio Binocular, modelo Primo Star, con 4 (cuatro) objetivos	Zeiss/Alemania	68	Unidad	Unidad	4.199.360	285.556.480
2	41111727-001	Microscopio Trinocular, modelo Primo Star, con 4 (cuatro) objetivos, con cámara digital, con PC y monitor	Zeiss/Alemania	1	Unidad	Unidad	18.276.500	18.276.500
3	41111709-002	Microscopio de doble cabezal		1	Unidad	Unidad	4to. Lugar	
Total Guaranies: Trescientos tres millones, ochocientos treinta y dos mil, novecientos ochenta . Incluido el I.V.A. 10%								**303.832.980**

EXIMPAR S.R.L.

EXIMPAR S.R.L. ORIGINAL

Rolf von Wedel
C.I. Nº 309.435
Gerente
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de **EXIMPAR S.R.L.**

Ess. JOSE ARI VERA
DIRECTOR JURIDICO - I.P.S.

342

La Consolidada S.A.
de Seguros

rapidez excelencia calidad

SEGURO DE CAUCION

5/42

SUMINISTROS Y/O SERVICIOS, GARANTIA DE LA OFERTA

PÓLIZA N°.:07.1508.021649/000

Con arreglo a las Condiciones Generales Comunes, Particulares Específicas, que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS ("EL ASEGURADOR"), con domicilio en la calle Aviadores del Chaco 1669 - Edifio AYMAC, Asunción - Paraguay en carácter de Fiador solidario,

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Con domicilio en **PETTIROSSI E/ LUIS ALBERTO DE HERRERA**

("EL ASEGURADO"), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

Gs. 17.500.000
(GUARANÍES DIEZ Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL)

Que resulte obligado a efectuarle:

EXIMPAR S.R.L.
Con domicilio en **PARAGUARI N° 942. - ASUNCION**

("EL TOMADOR"), por afectación de la garantía que de acuerdo a la Ley, las bases de la Licitación, y el Contrato, en su caso, esta obligado a constituir según el objeto que se indica en la cláusula 1 de las Condiciones Particulares Especificas, integrantes de esta póliza.

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Licitación Pública Nacional N° 38/2011- "Adquisición de Microscopios para el IPS".

Se hace constar que la presente póliza de caución una vez emitida, no esta sujeta a ningún tipo de anulación, salvo acuerdo por escrito de las partes afectadas y la compañía emisora, siempre y cuando la misma no haya tomado vigencia de cobertura efectiva, en cuyo caso no corresponde ningún tipo de devolución de prima.
IMPORTANTE: Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerara aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Articulo 1556 Codigo Civil)

El presente seguro regirá a contar desde las 0:00 Hs del día **11/10/2011** hasta las 0:00 Hs. del día **09/03/2012**

LIQUIDACIÓN		
Prima:	Gs.	136.364.-
I.V.A. s/ Prima:	Gs.	13.636.-
Premio:	Gs.	150.000.-
I.P.F.:	Gs.	0.-
I.V.A. s/ Interés:	Gs.	0.-
Costo del Finan:	Gs.	0.-
COSTO FINAL:	Gs.	150.000.-

DATOS DEL FINANCIAMIENTO
Monto Financiado: 0,00.-
Vencimientos

Fecha	Monto
C O N T A D O	

VIGENCIA: **150 Dias**
Desde: **11/10/2011** Hasta: **09/03/2012**

Asunción, 11 de OCTUBRE de 2011

LA CONSOLIDADA S.A.
DE SEGUROS

P/P ALBERTO LOPEZ PERTILE
Gerente Técnico

EXIMPAR S.R.L. ORIGINAL

ORIGINAL

Avda. Mariscal López 2781 - Asunción, Paraguay
Tel.: (021) 600 632 - Fax: (021) 600 824
www.charpentier.com.py - info@charpentier.com.py

CHARPENTIER®

Asunción, 14 de octubre de 2011

Señores
Instituto de Previsión Social
Presente
LPN Nº 38/11 "Adquisición de Microscopios para el IPS"
ID 221.894

Formulario de Oferta

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las Instrucciones a los Oferentes para Subasta a la Baja Electrónica (IAO.SBE) y las Condiciones Generales del Contrato para Subasta a la Baja Electrónica (CGC.SBE) aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y difundida en el Sistema de Información de las Contrataciones, y las Adendas publicadas N° 1 de fecha 9/set/2011, N°2 de fecha 15/set/2011 y N°3 de fecha 23/set/2011.

b) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

c) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados del Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

d) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes al Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.

e) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la adjudicación y su notificación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

f) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

g) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 42 de las IAO y cláusula 16 de las CGC;

h) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula 19.1 de las DDL, a

Esc. [illegible] ANI VERA

ORIGINAL 2

Avda. Mariscal López 2781 - Asunción, Paraguay
Tel.: (021) 600 632 - Fax: (021) 600 824
www.charpentier.com.py - info@charpentier.com.py

CHARPENTIER®

partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula 23.1 de las IAO, y de los DDL. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

i) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes de conformidad con los Documentos de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos Bienes cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo el **precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios:**

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cantidad	Unidad de medida	Presentación	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
1	41111709-001	Microscopio binocular	Proway	68	Unidad	Unidad	3.200.000	217.600.000
2	41111727-001	Microscopio Trinocular	Proway	1	Unidad	Unidad	9.200.00	9.200.000
3	41111709-002	Microscopio de doble cabezal	Proway	1	Unidad	Unidad	12.750.000	12.750.000
Monto total de la oferta (IVA incluido): Son guaraníes doscientos treinta y nueve millones quinientos cincuenta mil.								**239.550.000**

Luis Martín Abente
Socio Gerente

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: **Charpentier S.R.L.**

Fechado en el día **14** de **octubre** de **2011**

Esc. Dr. Juan Vera

La Consolidada S.A. de Seguros

rapidez excelencia calidad

SEGURO DE CAUCION

SUMINISTROS Y/O SERVICIOS, GARANTIA DE LA OFERTA **ORIGINAL**

PÓLIZA N°.:07.1508.021382/000

Con arreglo a las Condiciones Generales Comunes, Particulares Específicas, que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS ("EL ASEGURADOR"), con domicilio en la calle Aviadores del Chaco 1669 - Edifio AYMAC, Asunción - Paraguay en carácter de Fiador solidario,

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Con domicilio en **PETTIROSSI E/ LUIS ALBERTO DE HERRERA**

("EL ASEGURADO"), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

Gs. 9.000.000
(GUARANÍES NUEVE MILLONES)

Que resulte obligado a efectuarle:

CHARPENTIER S.R.L.
Con domicilio en **AV.MARISCAL LOPEZ 2781 C/RECLUS - ASUNCION**

("EL TOMADOR"), por afectación de la garantía que de acuerdo a la Ley, las bases de la Licitación, y el Contrato, en su caso, esta obligado a constituir según el objeto que se indica en la cláusula 1 de las Condiciones Particulares Especificas, integrantes de esta póliza.

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Licitación Pública Nacional N° 38/2011- "Adquisición de Microscopios para el IPS".

Se hace constar que la presente póliza de caución una vez emitida, no esta sujeta a ningún tipo de anulación, salvo acuerdo por escrito de las partes afectadas y la compañía emisora, siempre y cuando la misma no haya tomado vigencia de cobertura efectiva, en cuyo caso no corresponde ningún tipo de devolución de prima.
IMPORTANTE: Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerara aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Articulo 1556 Codigo Civil)

El presente seguro regirá a contar desde las 0:00 Hs del día **14/09/2011** hasta las 0:00 Hs. del día **21/02/2012**

LIQUIDACIÓN		
Prima:	Gs.	136.364.-
I.V.A. s/ Prima:	Gs.	13.636.-
Premio:	Gs.	150.000.-
I.P.F.:	Gs.	0.-
I.V.A. s/ Interés:	Gs.	0.-
Costo del Finan:	Gs.	0.-
COSTO FINAL:	Gs.	150.000.-

DATOS DEL FINANCIAMIENTO
Monto Financiado: 0,00.-
Vencimientos

Fecha	Monto
C O N T A D O	

VIGENCIA: **160 Dias**
Desde: **14/09/2011** Hasta: **21/02/2012**

Asunción, 13 de SETIEMBRE de 2011

LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS

P/P ALBERTO LOPEZ FERTILE
Gerente Técnico

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Asunción, 25 de octubre de 2011

NOTA / Nº 779/2011

000116

Señores
CHARPENTIER S.R.L.
Avda. Mcal. Lopez 2781
TELEF 600 632 / 600 824
Asunción – Paraguay

Nos dirigimos a Usted con relación a su oferta presentada en fecha 14 de octubre de 2011 en la Licitación Pública Nacional Nº 38/11, convocada por el Instituto de Previsión Social para ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA EL IPS." solicitamos nos remitan en un plazo de 24 horas de recepcionada la presente lo siguientes documentos formales, dejando constancia que en el caso de no presentación de los documentos solicitados la oferta quedara desestimada:

- 1.) SOPORTE TECNICO CAPACITADO, DEMOSTRABLE MEDIANTE CERTIFICADOS DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, debidamente legalizados y Consularizados por el país de origen., conforme se solicita en la Sección VII. Anexos del Pliego de Bases y Condiciones. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA.
- 2.) DECLARACION JURADA de poseer capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado., o de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado, conforme se solicita en el inc. h) del Apartado c) Documentos legales de la Sección VII Anexos del PBC.
- 3.) AUTORIZACION del Fabricante, traducido en idioma español, debidamente legalizado y consularizado, de los productos que oferta, conforme se solicita en la Sección VII Anexos del PBC.
- 4.) PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, debidamente completadas con SI o NO en la columna CUMPLE, indicando claramente los parámetros del equipo ofertado en la COLUMNA PARAMETROS y el NUMERO DE FOLIO en la columna FOLIO. En esta columna se indicara la Página del Catalogo, manual de usuario o servicio del fabricante en donde se encuentra el parámetro que esta siendo analizado. Estos parámetros deberán ser resaltados e indicados claramente de manera a que se pueda comprobar todas las especificaciones técnicas requeridas. Conforme se solicita en el Punto 7. Del Apartado f) Sección VII. Anexos del PBC.
- 5.) CATALOGOS y/o MANUALES en donde las planillas de especificaciones técnicas puedan ser comprobadas, deberán presentarse en formato impreso y formato digital (pdf en CD).
- 6.) CERTIFICADO o CONSTANCIA DE HABILITACION DEL SERVICIO TECNICO, emitido por el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social.
- 7.) CERTIFICACION emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado donde conste la fecha de fabricación y año de lanzamiento del modelo.

Lic. EMILCE LOVERA, Jefa
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

NOTA / Nº 780/11

Asunción, 25 de octubre de 2011.

006118

Señores
INSITU S.A.
Piribebuy 595 e/ 15 de agosto, 2do Piso Ofic 2A.
TELEF 442-380/1
Asunción – Paraguay

Nos dirigimos a Usted con relación a su oferta presentada en fecha 14 de octubre de 2011 en la Licitación Pública Nacional Nº 38/11, convocada por el Instituto de Previsión Social para ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA EL IPS." solicitamos nos remitan en un plazo de 24 horas de recepcionada la presente lo siguientes documentos formales, dejando constancia que en el caso de no presentación de los documentos solicitados la oferta quedara desestimada:

- 1.) AUTORIZACION del Fabricante, traducido en idioma español, debidamente legalizado y consularizado, de los productos que oferta, conforme se solicita en la Sección VII Anexos del PBC.

- 2) CERTIFICACION emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado donde conste la fecha de fabricación y año de lanzamiento del modelo.

Lic. EMILCE LOVERA, Jefa
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Asunción, 25 de octubre de 2011

NOTA / Nº 781/11.

000120

Señores
EXIMPAR S.R.L.
Paraguari 942
TELEF 451 273 Fax 494 023
Asunción – Paraguay

Nos dirigimos a Usted con relación a su oferta presentada en fecha 14 de octubre de 2011 en la Licitación Pública Nacional Nº 38/11, convocada por el Instituto de Previsión Social para ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA EL IPS." solicitamos nos remitan en un plazo de 24 horas de recepcionada la presente lo siguientes documentos formales, dejando constancia que en el caso de no presentación de los documentos solicitados la oferta quedara desestimada:

- 1. AUTORIZACION del Fabricante, traducido en idioma español, debidamente legalizado y consularizado, de los productos que oferta, conforme se solicita en la Sección VII Anexos del PBC. De la marca ZEISS ALEMANIA.

- 2) SOPORTE TECNICO CAPACITADO, DEMOSTRABLE MEDIANTE CERTIFICADOS DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, debidamente legalizados y Consularizados por el país de origen., conforme se solicita en la Sección VII. Anexos del Pliego de Bases y Condiciones. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA.

Lic. EMILCE LOVERA, Jefa
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

00112

Nota N° 1 /11 777/11

Asunción, 20 de octubre de 2011

Señor
CHARPENTIER SRL
Avda. Mariscal Lopez 2781.-
P r e s e n t e

En el marco de la de la Licitación Publica Nacional N° 38/11 "ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA EL IPS". Dentro de este contexto se le requiere la presentación dentro del plazo de 48 horas los siguientes documentos:

1) **Punto 7, 8 Sec. :** Solicitamos presenten las planillas de especificaciones técnica y copia de catalogo y Certificado de Constancia de Habilitación.-
2) **Punto 12:** Solicitamos presenten soporte técnico capacitado.-

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo atentamente,

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Estelce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.