Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 3: MESA QUIRURGICA PARA TRAUMATOLOGIA.

Nº de Orden	Especificaciones Técnicas Referenciales Mínimas	Falcon SRL			V y V SA			Albatros SACI		
		Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
2.5	Posicionamiento para cirugía ginecológica	Si	Posicionamiento para cirugía ginecológica		Si	Posicionamiento para cirugía ginecológica		Si	Posicionamiento para cirugía ginecológica	
2.6	Capacidad mínima de 200 kilogramos.	Si	220Kg		No	135 kilogramos.		Si	Capacidad mínima de 200 kilogramos.	
3	Accesorios Mínimos por Equipo.	Si								
3.1	Apoya cabezas, correas de fijación, apoya brazo y muñequeras.	Si	Apoya cabezas, correas de fijación, apoya brazo y muñequeras.		Si	Apoya cabezas, correas de fijación, apoya brazo y muñequeras.		Si	Apoya cabezas, correas de fijación, apoya brazo y muñequeras.	
3.2	Porta chasis para Rayos X.	Si	Porta chasis para Rayos X.		Si	Porta chasis para Rayos X.		Si	Porta chasis para Rayos X.	
3.3	Sujeta cabezas y mástil para suero de doble servicio.	Si	Sujeta cabezas y mástil para suero de doble servicio.		Si	Sujeta cabezas y mástil para suero de doble servicio.		Si	Sujeta cabezas y mástil para suero de doble servicio.	
3.4	Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelenburg, renal, etc.	Si	Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelenburg, renal, etc.		Si	Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelenburg, renal, etc.		Si	Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelenburg, renal, etc.	
3.5	Juego de accesorios para cirugía general: 1(un) Arco de Narcose, 1 (un) par de hombreras, 1 (un) un par de posa pies, 1(un) juego de colchones lavables y 1 (un) par de apoya mano, como mínimo.	Si	Juego de accesorios para cirugía general: 1(un) Arco de Narcose, 1 (un) par de hombreras, 1 (un) un par de posa pies, 1(un) juego de colchones lavables y 1 (un) par de apoya mano, como mínimo.		Si	Juego de accesorios para cirugía general: 1(un) Arco de Narcose, 1 (un) par de hombreras, 1 (un) un par de posa pies, 1(un) juego de colchones lavables y 1 (un) par de apoya mano, como mínimo.		Si	Juego de accesorios para cirugía general: 1(un) Arco de Narcose, 1 (un) par de hombreras, 1 (un) un par de posa pies, 1(un) juego de colchones lavables y 1 (un) par de apoya mano, como mínimo.	

Abogado M. Bernardo Aquino
Jefe Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.G.I.E.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P.B.S.

Dra. [illegible]
Directora Jurídica
D.G.G.I.E.S. M.S.P. y B.S.

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 3: MESA QUIRURGICA PARA TRAUMATOLOGIA.

Nº de Orden	Especificaciones Técnicas Referenciales Mínimas	Falcon SRL			Y y Y SA			Albatros SACI		
		Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
3.6	Juego de accesorios para procedimientos de traumatología completo.	Si	Juego de accesorios para procedimientos de traumatología completo.		Si	Juego de accesorios para procedimientos de traumatología completo.		Si	Juego de accesorios para procedimientos de traumatología completo.	
3.7	Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años después de la adquisición del equipo	Si	Se Garantiza la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años después de la adquisición del equipo		Si	Se Garantiza la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años después de la adquisición del equipo		Si	Se Garantiza la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años después de la adquisición del equipo	
3.8	Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.	Si	Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.		Si	Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.		Si	Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.	

Abog. José M. Ventez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Ing. Marta Moran
Directora de Proyectos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P.B.S.

Abog. Olga Ortiz de Gonzalez
Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Comité de Evaluación

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 4: MESA QUIRURGICA PARA GINECOLOGICA / OBSTETRICIA.

Nº de Orden	Especificaciones Técnicas Referenciales Mínimas	Falcon SRL			Argon SRL			Albatros SACI			V y Y SA		
		Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
1	Características mínimas requeridas:												
1.1	Mesa para Quirófano con accesorios y juego de colchonetas para procedimientos de Ginecología y Obstetricia		Mesa para Quirófano con accesorios y juego de colchonetas para procedimientos de Ginecología y Obstetricia			Mesa para Quirófano con accesorios y juego de colchonetas para procedimientos de Ginecología y Obstetricia			Mesa para Quirófano con accesorios y juego de colchonetas para procedimientos de Ginecología y Obstetricia			Mesa para Quirofano con accesorios y juego de colchonetas para procedimientos de Ginecología y Obstetricia	
1.2	MARCA:		Novamco			COMBED			Advanced			Jumbo	
1.3	MODELO:		MEC/S-140			DH-C102D-02			OT-400			JHC-99B	
1.4	PROCEDENCIA:		Brasil			China			USA			China	
1.5	AÑO DE FABRICACIÓN:		2016			2015			2016			2016	
1.6	Normas de Calidad para los ítems a ofertar: ISO / CE / UL / FDA / TÜV, Normas del Mercosur o al menos una de ellas, aclarar en la oferta cual norma cumple cada bien ofertado.-		Anvisa			CE			ISO, CE			CE	
1.7	Estructura portadora de acero inoxidable o salinado en pintura epoxy poliester antiestático o similar.	Si	Estructura portadora de acero inoxidable.		Si	Estructura portadora de acero inoxidable		Si	Estructura portadora de acero inoxidable o.		Si	Acero Inoxidable	
1.8	Base montada sobre ruedas dirigibles y bloqueables o sobre regatones de goma o plástico.	Si	Base montada sobre ruedas dirigibles y bloqueables		Si	Base montada sobre ruedas dirigibles y bloqueables		Si	Base montada sobre ruedas dirigibles y bloqueables o sobre regatones de goma o plástico.		Si	Base montada sobre ruedas	

Abog. José M. Martínez Aquino
Jefe Dpto. de Licitación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870"

TESÃI HA TEKO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

GOBIERNO NACIONAL

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 4: MESA QUIRURGICA PARA GINECOLOGICA / OBSTETRICIA.

Nº de Orden	Especificaciones Técnicas Referenciales Mínimas	Falcon SRL			Argon SRL			Albatros SACI			V y V SA		
		Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
1.9	Articulación de cremalleras para las piernetas.	Si	Articulación de cremalleras para las piernetas.		Si	Articulación de cremalleras para las piernetas.		Si	Articulación de cremalleras para las piernetas.		Si	Articulación de cremalleras para las piernetas.	
1.10	Colchoneta resistente, desmontable, de cantos redondeados y de superficie lisa, lavable, esterilizables y sin costura.	Si	Colchoneta resistente, desmontable, de cantos redondeados y de superficie lisa, lavable, esterilizables y sin costura.		Si	Colchoneta resistente, desmontable, de cantos redondeados y de superficie lisa, lavable, esterilizables y sin costura.		Si	Colchoneta resistente, desmontable, de cantos redondeados y de superficie lisa, lavable, esterilizables y sin costura.		Si	Esta hecha de esponja cubierta de cuero de imitacion	
1.11	Ajuste de posiciones del respaldo y de la cadera en forma manual o hidráulico.	Si	Ajuste de posiciones del respaldo y de la cadera en forma manual		Si	Ajuste de posiciones del respaldo y de la cadera en forma manual		Si	Ajuste de posiciones del respaldo y de la cadera en forma manual		Si	Soporte de hombro montados a cada lado de la cama y cubierto con control de esponja. Distancia entre hombros se puede ajustar	
1.12	Soporte de manos, piernas, hombros y brazos ajustables en forma anatómica.	Si	Soporte de manos, piernas, hombros y brazos ajustables en forma anatómica.		Si	Soporte de manos, piernas, hombros y brazos ajustables en forma anatómica.		Si	Soporte de manos, piernas, hombros y brazos ajustables en forma anatómica.		Si	Posee soporte de hombro, brazo de descanso, pata de apoyo y tablero de pie.	

Abog. José M. Ramírez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.G.A.J.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.M.S.P.y B.S.

Pagina 2 de 5

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870"

TESÁI HA TEKO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 4: MESA QUIRURGICA PARA GINECOLOGICA / OBSTETRICIA.

N° de Orden	Especificaciones Técnicas Referenciales Mínimas	Falcon SRL			Argon SRL			Albatros SACI			V y V SA		
		Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
1.13	Sección para piernas (retráctil) deslizables o desmontable para facilitar el trabajo de parto.	Si	Sección para piernas (retráctil) deslizables o desmontable para facilitar el trabajo de parto.		Si	Sección para piernas (retráctil) deslizables o desmontable para facilitar el trabajo de parto.		Si	Sección para piernas (retráctil) deslizables o desmontable para facilitar el trabajo de parto.		Si	Uno a cada lado para apoyar las piernas durante la operación, Posicion se puede ajustar	
1.14	Receptáculo de desechos de acero inoxidable retráctil.	Si	Receptáculo de desechos de acero inoxidable retráctil.		Si	Receptáculo de desechos de acero inoxidable retráctil.		Si	Receptáculo de desechos de acero inoxidable retráctil.		NO	No se verifica cumplimiento en los catalogos presentados ni en la respuesta a aclaración solicitada al oferente.	
1.15	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.	Si	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.		Si	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.		Si	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.		Si	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.	
2	**Características Técnicas Mínimas:**												
2.1	Posiciones ajustables de la mesa con accionamiento manual o hidráulico	Si	Posiciones ajustables de la mesa con accionamiento manual		Si	Posiciones ajustables de la mesa con accionamiento manual		Si	Posiciones ajustables de la mesa con accionamiento manual		Si	Posiciones ajustables de la mesa con accionamiento manual	
2.2	Trendelenburg.	Si	40°		Si	Trendelenburg.		Si	Trendelenburg.		Si	Trendelenburg.	
2.3	Fowler.	Si	25°		Si	Fowler.		Si	Fowler.		Si	Fowler.	
2.4	Decúbito dorsal.	Si	80°/50°		Si	Decúbito dorsal.		Si	Decúbito dorsal.		Si	Decúbito dorsal.	

Abogado Jose Ignacio Arguello
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870"

TESÁI HA TEKO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 4: MESA QUIRURGICA PARA GINECOLOGICA / OBSTETRICIA.

Nº de Orden	Especificaciones Técnicas Referenciales Mínimas	Falcon SRL			Argon SRL			Albatros SACI			V y V SA		
		Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
2.5	**Dimensiones aproximadas:**												
2.6	Largo 180 a 190 cm.	Si	190cm		Si	189 cm		Si	Largo 180 a 190 cm.		Si	195 cm	
2.7	Ancho 80 a 90 cm.	Si	80cm		Si	80 cm		Si	Ancho 80 a 90 cm.		No	60 cm	
2.8	Altura fija 75 cm o ajustable entre 65 y 90 cm.	Si	75cm		No	ajustable entre 63 y 90 cm.		Si	Altura fija 75 cm o ajustable entre 65 y 90 cm.		Si	Ajustable	
2.9	Capacidad mínima de 200 kilogramos.	Si	220kg		Si	Capacidad mínima de 200 kilogramos.		Si	Capacidad mínima de 200 kilogramos.		No	135 kg	
3	**Accesorios Mínimos por Equipo:**												
3.1	Juego de accesorios para cirugía ginecológica (porta pierneras, pierneras, etc)	Si	Juego de accesorios para cirugía ginecológica (porta pierneras, pierneras, etc)		Si	Juego de accesorios para cirugía ginecológica (porta pierneras, pierneras, etc)		Si	Juego de accesorios para cirugía ginecológica (porta pierneras, pierneras, etc)		Si	Juego de accesorios para cirugía ginecológica (porta pierneras, pierneras, etc)	
3.2	Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años después de la adquisición del equipo	Si	Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años después de la adquisición del equipo		Si	Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años después de la adquisición del equipo		Si	Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años después de la adquisición del equipo		Si	Se deberá garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años después de la adquisición del equipo	

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

Abogado Juan M. Fernández Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General Asesoría Jurídica
D.G.G.I.E.S.

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870"

TESÁI HA TEKO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Dirección Biomédica - D.G.G.I.E.S.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DE LA LPN Nº 42 / 2016

Ítem 4: MESA QUIRURGICA PARA GINECOLOGICA / OBSTETRICIA.

Nº de Orden	Especificaciones Técnicas Referenciales Mínimas	Falcon SRL			Argon SRL			Albatros SACI			V y V SA		
		Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
3.3	Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.	Si	Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.		Si	Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.		Si	Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.		Si	Se deberá proveer un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.	

Abog. José M. Barrios Aquino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.G.I.E.S.

Abog. Cristian E. Benítez
Director
Dirección General Jurídica
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

Abog. Silvia M. Ortiz Colmán
Asesor Jurídico

Página 5 de 5

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

NOVENO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Nº 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, y teniendo en cuenta el Informe Técnico presentado por la Ing. Mirta Moran, este Comité recomienda la adjudicación de las ofertas más bajas según el siguiente detalle:

OFERENTE: SEMPRO S.A.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lámpara Cialitica con satélite	UNIDAD	UNIDAD	MAQUET	FRANCIA	6	80.000.000	480.000.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO								480.000.000

OFERENTE: ALBATROS S.A.C.I.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Mesa quirúrgica para procedimientos generales	UNIDAD	UNIDAD	ADVANCED	USA	5	70.000.000	350.000.000
3	Mesa quirúrgica para traumatología	UNIDAD	UNIDAD	SHAERER	SUIZA	5	125.000.000	625.000.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO								975.000.000

OFERENTE: FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Mesa quirúrgica para ginecología/ obstetricia	UNIDAD	UNIDAD	NOVAMEC	BRASIL	2	45.000.000	90.000.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO								90.000.000

RESUMEN DE LA ADJUDICACION:

Nº	OFERENTES	ITEMS ADJUDICADO	MONTOS
1	SEMPRO S.A.	1	480.000.000
2	ALBATROS S.A.C.I.	2 y 3	975.000.000
3	FALCON COM. E IND. S.R.L.	4	90.000.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO			1.545.000.000

Ing. Director D.G.G.I.E.S

Abog. José M. Benítez Aquino
Sub. Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.G.I.E.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

MONTO TOTAL ADJUDICADO: Guaraníes mil quinientos cuarenta y cinco millones.

ES NUESTRO INFORME.

Abg. JOSE BENITEZ
Representante D.G.A.J.

Abg. CRISTIAN BENITEZ
Representante D.G.A.J.

Lic. ABEL SOSA
Representante D.G.O.C.

Abg. MARCO GIMENEZ
Representante A.I. – D.G.O.C.

Ing. MIRTA MORAN
Representante D.G.G.I.E.S.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédicos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

L.P.N. Nº 42/2016 "ADQUISICIÓN DE LAMPARAS CIALITICAS DE DOS SATÉLITES Y MESAS QUIRÚRGICAS PARA HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE, CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO Y EL CENTRO MEDICO NACIONAL- ID Nº 313.388

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OFERENTE	ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO REFERENCIAL	%	PRECIO TOTAL
ARGON SRL	1	Lámpara Cialitica con satélite	LUVIS	COREA	6	77.000.000	80.000.000	-4%	462.000.000
SEMPRO SA	1	Lámpara Cialitica con satélite	MAQUET	FRANCIA	6	80.000.000	80.000.000	0%	480.000.000
V&V SA	1	Lámpara Cialitica con satélite	JUMBO	CHINA	6	84.000.000	80.000.000	5%	504.000.000
FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL	2	Mesa quirúrgica para procedimientos generales	NOVAMEC	BRASIL	5	55.000.000	100.000.000	-45%	275.000.000
ALBATROS SACI	2	Mesa quirúrgica para procedimientos generales	ADVANCED	USA	5	70.000.000	100.000.000	-30%	350.000.000
ARGON SRL	2	Mesa quirúrgica para procedimientos generales	ST FRANCIS	TAIWAN	5	89.600.000	100.000.000	-10%	448.000.000
V&V SA	2	Mesa quirúrgica para procedimientos generales	JUMBO	CHINA	5	105.000.000	100.000.000	5%	525.000.000
FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL	3	Mesa quirúrgica para traumatologia	NOVAMEC	BRASIL	5	65.000.000	100.000.000	-35%	325.000.000
V&V SA	3	Mesa quirúrgica para traumatologia	JUMBO	CHINA	5	105.000.000	100.000.000	5%	525.000.000
ALBATROS SACI	3	Mesa quirúrgica para traumatologia	SHAERER	SUIZA	5	125.000.000	100.000.000	25%	625.000.000
FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL	4	Mesa quirúrgica para ginecologia/ obstetricia	NOVAMEC	BRASIL	2	45.000.000	50.000.000	-10%	90.000.000
ARGON SRL	4	Mesa quirúrgica para ginecologia/ obstetricia	COMBED	CHINA	2	45.000.000	50.000.000	-10%	90.000.000
ALBATROS SACI	4	Mesa quirúrgica para ginecologia/ obstetricia	COMBED	USA	2	50.000.000	50.000.000	0%	100.000.000
V&V SA	4	Mesa quirúrgica para ginecologia/ obstetricia	JUMBO	CHINA	2	52.500.000	50.000.000	5%	105.000.000

Ing. Mirta Morán
Dpto. de Biomédica
D.G.A.E.E.M.S.P. y B.S.

Abog. Mauro E. Giménez G.
Asesor Jurídico

Abog. Carlos E. Benítez B.
Director
Dpto. de Sumarios
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

L.P.N. Nº 42/2016 "ADQUISICIÓN DE LAMPARAS CIALITICAS DE DOS SATÉLITES Y MESAS QUIRÚRGICAS PARA HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE, CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO Y EL CENTRO MEDICO NACIONAL- ID Nº 313.388

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

OFERENTE: SEMPRO S.A.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lámpara Cialitica con satélite	UNIDAD	UNIDAD	MAQUET	FRANCIA	6	80.000.000	480.000.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO								**480.000.000**

MONTO TOTAL ADJUDICADO: Guaranies cuatrocientos ochenta millones

Abog. Cristian [illegible] Benítez B.
Director
Dirección de Sumarios
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abg. Marco T. [illegible] G.
Asesor Jurídico

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S. M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

L.P.N. Nº 42/2016 "ADQUISICIÓN DE LAMPARAS CIALITICAS DE DOS SATÉLITES Y MESAS QUIRÚRGICAS PARA HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE, CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO Y EL CENTRO MEDICO NACIONAL- ID Nº 313.388

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

OFERENTE: SEMPRO S.A.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lámpara Cialitica con satélite	UNIDAD	UNIDAD	MAQUET	FRANCIA	6	80.000.000	480.000.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO								**480.000.000**

MONTO TOTAL ADJUDICADO: Guaranies cuatrocientos ochenta millones

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. Cristian E. Benítez B.
Director
Dirección de Suministros
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

L.P.N. Nº 42/2016 "ADQUISICIÓN DE LAMPARAS CIALITICAS DE DOS SATÉLITES Y MESAS QUIRÚRGICAS PARA HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE, CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO Y EL CENTRO MEDICO NACIONAL- ID Nº 313.388

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OFERENTE: FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Mesa quirúrgica para ginecología/ obstetricia	UNIDAD	UNIDAD	NOVAMEC	BRASIL	2	45.000.000	90.000.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO								**90.000.000**

MONTO TOTAL ADJUDICADO: Guaraníes noventa millones

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. Cristian [illegible] B.
Dirección [illegible]
Dirección [illegible]
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S