DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

MEMORANDO DLIC - DOC N° 509 / 2021

A: CP PATRICIA GONZALEZ, Directora
Dirección Operativa de Contrataciones | DOC

PROCESO: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 42/20 "ADQUISICION DE REACTIVOS TEST RAPIDO VIH PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA – ITS DEL PRONASIDA LABORATORIO DE PRONASIDA – M.S.P. Y B.S." – I.D. N° 387.632

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE REVALUACIÓN

DE: Lic. Antonio Cartes Jefe
Departamento de Licitaciones | DLIC

FECHA: miércoles, 19 de mayo de 2021

Me dirijo a Ud., con relación al llamado de referencia, a los efectos de remitir el Informe de Revaluación de Ofertas, de manera a proceder a la verificación y luego proseguir con los trámites de rigor.

Atentamente.

A. UTA;
P/ verificar documenta

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
20 MAYO 2021

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

1. Informe de Revaluación.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.)
MARIA MERCEDES BENITEZ
RECIBIDO: MSP YBS - DOC
FECHA: 19 MAYO 2021 HORA: 15:55
172976/20 FIRMA:

TESÃI HA TEKO PORÃVE
Mokoõndeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mba'e

MEMORANDO COMISIÓN EVALUADORA

A: Lic. Antonio Cartes Jefe
Departamento de Licitaciones | DLIC

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE REVALUACIÓN - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 42/20 "ADQUISICION DE REACTIVOS TEST RAPIDO VIH PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA – ITS DEL PRONASIDA LABORATORIO DE PRONASIDA – M.S.P. Y B.S." – I.D. N° 387.632

DE: Comité Evaluador

FECHA: miércoles, 19 de mayo de 2021

Me dirijo a Ud., a los efectos de remitir entregar el informe de revaluación para continuar con los procesos administrativos.-

Atentamente.

Dra. Gladys López
Jefa Dpto. Laboratorio VIH/ITS
PRONASIDA/MSPBS

Lic. [illegible]
Jefe de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

INFORME DE REVALUACIÓN 01

LCO Nº 42/2020 PARA LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS TEST RAPIDO VIH PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA – ITS DEL PRONASIDA LABORATORIO DE PRONASIDA DEL MSPYBS". ID Nº 387.632

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **06** días del mes de **MAYO** del año **DOS MIL VEINTIUNO**, siendo las 15:00 horas, se inicia la REVALUACIÓN de la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **LCO Nº 42/2020 PARA LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS TEST RAPIDO VIH PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA – ITS DEL PRONASIDA LABORATORIO DE PRONASIDA DEL MSPYBS". ID Nº 387.632**

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación:

- **Dra. Gladys María Teresa López Ibarra,** representante designado por el Programa Nacional de Control de VIH/SIDA, mediante Nota del Programa, con fecha 23/12/2020.
- **Abg. Olivia Ruiz Diaz,** representante designado por la D.G.A.F., según providencia en Memorándum DLIC DOC N° 1265/2020, en fecha 29/12/2020.
- **Lic. Eugenio López R,** representante designado por el Vice Ministerio de Atención Integral a la Salud, según providencia en Nota DLIC DOC N° 610/2020, en fecha 29/12/2020.

1. ANTECEDENTES:

- El Comité de Evaluación menciona que se reúne con base a la Resolución DNCP N° 1784/21 Protesta presentada por la firma GT SCIENTIFIC SA; en la misma se anula la adjudicación y se retrotrae a la etapa de evaluación.

Atentos a lo manifestado, la comisión evaluadora procede a analizar cada punto, según el siguiente detalle:

2. NOTAS REMITIDAS:

GT SCIENTIFIC SA

- Traducción de la acreditación internacional de contar con sensibilidad no menor al 99,9 %. Presentar reporte completo.

MEDICINE SA

- **Extensión de la Validez de la Oferta** hasta el 11/06/2021, así también de la **Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas** hasta el 11/07/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley 2051/03 y el Decreto Reglamentario N° 2992/2019 en su Art. 61.

GT SCIENTIFIC SA

- **Extensión de la Validez de la Oferta** hasta el 11/06/2021, así también de la **Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas** hasta el 11/07/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley 2051/03 y el Decreto Reglamentario N° 2992/2019 en su Art. 61.

DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA SA

C.P. Eugenio López
Administrador
PRONASIDA - M.S.P. Y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Dra. Gladys López
Jefa Dpto. Laboratorio VIH/ITS
PRONASIDA/MSPBS

- **Extensión de la Validez de la Oferta** hasta el 11/06/2021, así también de la **Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas** hasta el 11/07/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley 2051/03 y el Decreto Reglamentario N° 2992/2019 en su Art. 61.

TECNOFAST SA

- **Extensión de la Validez de la Oferta** hasta el 11/06/2021, así también de la **Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas** hasta el 11/07/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley 2051/03 y el Decreto Reglamentario N° 2992/2019 en su Art. 61.

INFOTEC SA

- **Extensión de la Validez de la Oferta** hasta el 11/06/2021, así también de la **Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas** hasta el 11/07/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley 2051/03 y el Decreto Reglamentario N° 2992/2019 en su Art. 61.

EUROQUIMICA SA

- **Extensión de la Validez de la Oferta** hasta el 11/06/2021, así también de la **Extensión de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas** hasta el 11/07/2021, conforme lo establece el Art. 39 de la Ley 2051/03 y el Decreto Reglamentario N° 2992/2019 en su Art. 61.

Todas las empresas han remitido sus extensiones, consecuentemente continúan en competencia, con excepción a la firma Tecnofast SA quien queda Desestimada.-

3. ANALISIS DE LA COMISIÓN EVALUADORA

En el inserto presentado por GT-Scientific S.A, el producto ofertado se nombra como:
Aria PRUEBA RAPIDA HIV ½ Ab PLUS COMBO
REF: R0011C
Fabricante: CTK Biotech, Inc

OBSERVACION: En los tres de reportes de evaluación presentados el producto es nombrado como de OneSite HIV ½ Ab Plus Combo Rapid test y con la Referencia: R0011C-CE. En ninguno de los reportes se encuentra el nombre *Aria* y las referencias/Códigos no coinciden totalmente. En ninguno de los reportes presentados se encuentra el inserto del producto para verificar esta discordancia encontrada.

Informe de análisis de ensayos presentados

1- Y.R.G CARE

HIV-2 Evaluation Report of Onsite HIV ½ Ab Plus Combo Rapid Test
Product code: R0011C-CE

El ensayo solo evalúa la sensibilidad del HIV-2 y no del HIV-1, siendo el HIV-1 responsable de la epidemia mundial. El HIV-2 es endémico de África Oriental y raro fuera de esa región

Conclusión: Se reporta solo la sensibilidad de la prueba para el VIH de Tipo 2 y no para el Tipo 1 de distribución mundial.

2- Synevo Central Lab Manayer

C.P. Eugenia López
Administradora
PRONASIDA / M.S.P. Y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Dra. Gladys López
Jefa Dpto. Laboratorio VIH/ITS
PRONASIDA/MSPBS

Product code: R0011C-CE
En el estudio que evalúa el desempeño de OneSite HIV ½ Ab Plus Combo Rapid test usa como prueba de referencia, Rapidan Anti-HIV ½ manufacturado por Turklab.

Conclusión: Las prueba utilizada como referencia es otra prueba rápida. Consideramos necesaria en la evaluación el uso de pruebas de referencia para la confirmación como el western blot y/o métodos moleculares como la carga viral plasmática del HIV-1 según Algoritmos de diagnóstico nacional vigente: Manual de manejo de la infección por el VIH y tratamiento antiretroviral en adolescentes y adultos. ISNB: 978-99953-842-8-9

3- Urumqi Blood Center

Evaluation Report OnSite™ HIV ½ Ab Plus Combo Rapid Test
Product code: R0011C-CE
La sensibilidad del producto fue evaluada con un panel de 16 muestra positivas usando como referencia la prueba Rapidan Anti-HIV ½ manufacturado por Turklab y Genscreen y la prueba **de ELISA Ultra HIV Ag-Ab**

Conclusión: Se considera inadecuado el tamaño de muestra para evaluar la sensibilidad (N=16) y las pruebas utilizadas como referencia son pruebas rápidas y ELISA Consideramos necesaria en la evaluación el uso de pruebas de referencia para la confirmación como el western blot y/o métodos moleculares como la carga viral plasmática del HIV-1 según Algoritmos de diagnóstico nacional vigente: Manual de manejo de la infección por el VIH y tratamiento antiretroviral en adolescentes y adultos. ISNB: 978-99953-842-8-9

Se concluye que la oferta presentada por la firma GT SCIENTIFIC SA NO CUMPLE con lo solicitado en el PBC. Quedando DESESTIMADA.-

En conclusión, este comité se RATIFICA conforme lo indica en el informe principal, no modificando precios unitarios ni los montos totales, por lo que los mismos se mantienen vigentes e invariables.

En fecha 18 de mayo de 2021, se finaliza el presente informe.-

ES NUESTRO INFORME.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

C.P. Eugenio López
Administrador
PRONASIDA - M.S.P. Y B.S.

Dra. Gladys López
Jefa Dpto. Laboratorio VIH/ITS
PRONASIDA/MSPBS

Descargo Técnico de la protesta promovida por la firma GT SCIENTIFIC en el marco de la **LCO Nº 42/2020 PARA LA *"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS TEST RAPIDO VIH PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA – ITS DEL PRONASIDA LABORATORIO DE PRONASIDA DEL MSPYBS"*. ID Nº 387.632.**

En el inserto presentado por GT-Scientific S.A, el producto ofertado se nombra como:

Aria PRUEBA RAPIDA HIV ½ Ab PLUS COMBO

REF: R0011C

Fabricante: CTK Biotech, Inc

OBSERVACION: En los tres de reportes de evaluación presentados el producto es nombrado como de OneSite HIV ½ Ab Plus Combo Rapid test y con la Referencia: R0011C-CE. En ninguno de los reportes se encuentra el nombre *Aria* y las referencias/Códigos no coinciden totalmente. En ninguno de los reportes presentados se encuentra el inserto del producto para verificar esta discordancia encontrada.

Informe de análisis de ensayos presentados

1- **Y.R.G CARE**

HIV-2 Evaluation Report of Onsite HIV ½ Ab Plus Combo Rapid Test

Product code: R0011C-CE

El ensayo solo evalúa la sensibilidad del HIV-2 y no del HIV-1, siendo el HIV-1 responsable de la epidemia mundial. El HIV-2 es endémico de África Oriental y raro fuera de esa región

Conclusión: Se reporta solo la sensibilidad de la prueba para el VIH de Tipo 2 y no para el Tipo 1 de distribución mundial.

2- **Synevo Central Lab Manayer**

Product code: R0011C-CE

En el estudio que evalúa el desempeño de OneSite HIV ½ Ab Plus Combo Rapid test usa como prueba de referencia, Rapidan Anti-HIV ½ manufacturado por Turklab.

Conclusión: Las prueba utilizada como referencia es otra prueba rápida. Consideramos necesaria en la evaluación el uso de pruebas de referencia para la confirmación como el western blot y/o métodos moleculares como la carga viral plasmática del HIV-1 según Algoritmos de diagnóstico nacional vigente: Manual de manejo de la infección por el VIH y tratamiento antiretroviral en adolescentes y adultos. ISNB: 978-99953-842-8-9

Dra. Gladys López
Jefa Dpto. Laboratorio VIH/ITS
PRONASIDA/MSPBS

3- Urumqi Blood Center

Evaluation Report OnSite™ HIV ½ Ab Plus Combo Rapid Test

Product code: R0011C-CE

La sensibilidad del producto fue evaluada con un panel de 16 muestra positivas usando como referencia la prueba Rapidan Anti-HIV ½ manufacturado por Turklab y Genscreen y la prueba **de ELISA Ultra HIV Ag-Ab**

Conclusión: Se considera inadecuado el tamaño de muestra para evaluar la sensibilidad (N=16) y las pruebas utilizadas como referencia son pruebas rápidas y ELISA Consideramos necesaria en la evaluación el uso de pruebas de referencia para la confirmación como el western blot y/o métodos moleculares como la carga viral plasmática del HIV-1 según Algoritmos de diagnóstico nacional vigente: Manual de manejo de la infección por el VIH y tratamiento antiretroviral en adolescentes y adultos. ISNB: 978-99953-842-8-9

Fin del Informe Técnico.

Dra. Gladys López Ibarra

Jefa de laboratorio
PRONASIDA