COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CD Nº 25/15 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA PRACTICAS DE LABORATORIO" RECTIFICACIÓN

ID 300.827

28 de diciembre de 2015

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, en el local de La Facultad Politécnica, UNA, se reúne La Comisión de Evaluación a fin de Rectificar el Informe de Evaluación CD N° 25/2015 "Adquisición de reactivos, accesorios y equipos para prácticas en laboratorio"

- en el punto 5.- Análisis comparativo del cumplimiento de las ofertas respecto a las Especificaciones Técnicas y otros requerimientos: se desprende el análisis de todos los ítems donde se menciona en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Item	Descripción del Bien	GBO MERDICAL	CHARPENTIER S.R.L.	CHACO INTERNACIONAL S:A.
1	Acido clorhidrico	n/c	n/c	n/c
2	Ácido Fórmico	n/c	n/c	n/c
3	Ácido Sulfúrico	n/c	n/c	n/c
4	Ácido Nítrico	n/c	n/c	n/c
5	Ácido Sulfámico	n/c	n/c	n/c
6	Ácido Bórico	n/c	n/c	n/c
7	Tertbutanol	n/c	n/c	n/c
8	Bicarbonato de Sodio	n/c	n/c	n/c
9	Tetrahidrofurano	n/c	n/c	n/c
10	P - Xileno	n/c	n/c	n/c
11	Dimetilformamida	n/c	n/c	n/c
12	Formaldehído	n/c	n/c	n/c
13	Permanganato de Potasio	n/c	n/c	n/c
15	Etanol absoluto	n/c	n/c	n/c
16	Dicromato de Potasio	n/c	n/c	n/c
17	Nitrato de Amonio	n/c	n/c	n/c
18	Sulfato de Cobre	n/c	n/c	n/c
19	Cloruro de Níquel	n/c	n/c	n/c
20	Sodio hidróxido	n/c	n/c	n/c
21	Sodio hidróxido	n/c	n/c	n/c
22	Nitrato de Plata	n/c	n/c	n/c
23	Cloroformo	n/c	n/c	n/c
24	Acetona	n/c	n/c	n/c
25	Agua Destilada	Cumple	n/c	Cumple
26	Matraz aforado (de vidrio). Color natural	Cumple	n/c	Cumple
27	Matraz aforado (de vidrio). Color natural	Cumple	n/c	Cumple
28	Matraz aforado (de vidrio). Color natural	Cumple	n/c	Cumple
29	Matraz aforado (de vidrio). Color natural	Cumple	n/c	Cumple
30	Vaso de precipitado (de vidrio). Color natural	Cumple	n/c	Cumple
31	Vaso de precipitado (de vidrio). Color natural	Cumple	n/c	Cumple
32	Erlenmeyer (de vidrio). Color natural	Cumple	n/c	Cumple
33	Erlenmeyer (de vidrio). Color natural	Cumple	n/c	Cumple
34	Probeta (de vidrio). Color natural	Cumple	n/c	Cumple
35	Probeta (de vidrio). Color	Cumple	n/c	Cumple

	natural			
36	Pipeta graduada (de vidrio). Color natural	Cumple	n/c	Cumple
37	Pipeta aforada (de vidrio). Color natural	Cumple	n/c	Cumple
38	Pipeta graduada (de vidrio). Color natural	Cumple	n/c	Cumple
39	Pipeta aforada (de vidrio). Color natural	Cumple	n/c	Cumple
40	Pipeta graduada (de vidrio). Color natural	Cumple	n/c	Cumple
41	Pipeta aforada (de vidrio). Color natural	Cumple	n/c	Cumple
42	Vidrio Reloj (de vidrio).Color natural	Cumple	n/c	Cumlple
43	Varilla de vidrio. Color natural	NO CUMPLE: lo ofertado presenta una varilla de 30cm de longitud y 7mm de diametro, y lo solicitado es de 40 cm de longitud y 6 mm de diametro	n/c	n/c
44	Dispensador de agua destilada (pizeta de plástico)	Cumple	n/c	Cumple
45	Calentador eléctrico (Plancha eléctrica)	NO CUMPLE: la potencia de calor no alcanza lo que está en el pliego, presenta 1000, se pidio 1500-a 2000 W	Cumple	NO CUMPLE : no alcanza la temperatura máxima solicitada en la carta de invitación de 450 C°
46	Balanza Analítica (Balanza de precisión)	No cotiza	Cumple	
47	Medidor Digital de pH	n/c	Cumple	NO CUMPLE: precisión +- 0.2 a 20C°, sin embargo nostros solicitamos +- 0.05 PH a 20 °C, presentan de 0 a 50 ° y solicitamos de 0 a 60°
48	Microscopio ocular invertido	n/c	NO CUMPLE: la magnificacion solicitada es hasta 100 x y lo oferatado es hasta 50x.	NO CUMPLE: 1- Objetivos desde 5x hasta 100 x es lo solicitado, lo ofertado es objetivo desde 5x hasta 50 x. 2- lo presentado no oferta una fuente de luz a fibra optica de 100 w. 3- lo ofertado no presenta a- conectividad a pc: Provisto de al menos dos puertos RS232, y dos USB para conexión con computadores y proyectores. B- ACCESORIOS: 1-Cámara fotográfica digital adaptable al microscopio, resolución mínima de al menos 5MPixel. 2-Software específico para análisis metalográfico de tamaño de grano, fracción de fases, tamaño de impurezas precipitadas, y aplicaciones similares
49	Microscopio ocular invertido	n/c	NO CUMPLE: la magnificacion solicitada es hasta 100 x y lo oferatado es hasta 50x.	NO CUMPLE: 1- objetivos desde 5x hasta 100 x es lo solicitado, lo ofertado es objetivo desde 5x hasta 50 x. 2- lo presentado no oferta una fuente de luz a fibra optica de 100 w. 3- lo ofertado no presenta a- conectividad a pc: provisto de al menos dos puertos rs232, y dos usb para conexión con computadores y proyectores.

6.- Recomendación de adjudicación: la presente evaluación fue realizada en estricto cumplimiento con lo establecido en el artículo 28 y el artículo 34 inciso c) de la Ley 2051/03 de Contrataciones Publicas, en concordancia con el Art. 63 del Decreto 21909/03, y con resguardo a los principios consagrados en el Art. 4 de la Ley 2051/03, se expide al respecto y:

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CD Nº 25/15 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA PRACTICAS DE LABORATORIO"

ID 300.827

RECOMIENDA ADJUDICAR el llamado **CD Nº 25/15 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA PRACTICAS EN LABORATORIO"**, a las empresas:

- **GBO MEDICAL de Iris Posada** los ítems N° 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 44 por un monto total de Gs. 1.788.325.- (Guaraníes, un millón setecientos ochenta y ocho mil trescientos veinte cinco)
- **CHARPENTIER S.R.L.** los ítems N°45 y 46 por un monto total de Gs. 45.700.000.- (Guaraníes, cuarenta y cinco millones setecientos mil).

Se declaran desierto los ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 por no haber sido cotizados.
Se declara desierto el ítem: 47 por superar la disponibilidad presupuestaria.
Se declaran desiertos los ítems: 43, 48 y 49 debido a que ninguna de las empresas que han ofertado cumplen con las especificaciones técnicas.

Lic. Nilsa Sosa
Directora de Bienestar Institucional

Permiso por vacaciones
Lic. Alcides Torres
Coordinador del Proyecto PC Mochila y FirefoxParaguay

Est. Fernando Moreno
Representante Estudiantil Consejo Directivo de La FPUNA

Abog. Cristina Vera
Asesora Jurídica

Abog. Raquel Esquivel
Asesora Jurídica

Prof. Lic. Silvio Báez
Director de la Carrera Ingeniería en Ciencias de los Materiales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Campus de la UNA
SAN LORENZO - PARAGUAY

MEMORANDO
LCIK/353/2015

PARA: Lic. Limpia Ferreira,
Directora de la Carrera Lic. Ciencias Informáticas

DE: Lic. Alcides Torres,
Asistente de la Carrera Lic. Ciencias Informáticas

TEMA: Vacaciones LCIk

FECHA: 21/12/2015

Cumplo en informarle las fechas correspondientes a mis vacaciones para el periodo 2015-2016.

Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad Nº	Fecha de Vacaciones
Alcides Torres Gutt	992.453	A partir del 28 de diciembre del 2015 hasta el 28 de enero del 2016

Atentamente.

A. Recursos Humanos
A sus efectos
21/12/15

Prof. Lic. Limpia Ferreira Ortiz
Vicedecana
Facultad Politécnica - UNA

21 DIC 2015

AJTG/aj