INAN Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Tel/Fax: (595-21) 206 874 - Página Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay.

PARAGUAY TODOS

Informe De Evaluación Nº 1/2011
Contratación Directa Nº 6/11 "Adquisición de Adecuación para tuberías de equipos de Laboratorio"

Señora
Dra. LAURA MENDOZA DE ARBO, Directora General
INAN – MSP Y BS

EL Comité de Evaluación del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, de acuerdo a las funciones encomendadas para el estudio, análisis, evaluación y recomendación de adjudicación de ofertas, en este caso de la ***Contratación Directa Nº 6/11 "Adquisición de Adecuación para Tuberías de Equipos de Laboratorio" – ID. 210.781***, cumple en remitirle el correspondiente informe.

En tal sentido, efectuada la evaluación de las ofertas presentadas en base a la metodología y parámetros establecidos en la presente Contratación Directa y a las disposiciones legales aplicables, el presente informe toma como base referencial para su redacción las disposiciones contenidas en el Artículo 64º, del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, el cual dispone que el Informe de Evaluación debe ser emitido incluyendo y haciendo constar los aspectos que señalamos puntualmente a continuación:

1. **ACTA DE APERTURA**: El llamado de referencia, ha sido debidamente difundido a través del portal de Contrataciones Publicas y se han extendido las invitaciones por escrito a los potenciales oferentes, fijándose como fecha de apertura de las respectivas ofertas para el día el día 11 de abril de 2011, En la fecha mencionada se han presentado dos empresas: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. y LA OXIGENA, teniendo en cuenta las exigencias del Art. 34º, Inciso c), de la Ley 2051/03, que establece "... ***para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente,"***, la SUOC, ha devuelto los sobre y ha procedido a fijar una nueva convocatoria para el día 19 de abril del 2011, a las 09:00 hs, notificando e informando tanto a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, D.N.C.P., como a las empresas invitadas en principio, reiterando y ampliando las invitaciones. Que, el acto de apertura de los sobres se llevó a cabo en el lugar y horario establecido, cuyos detalles constan en el Acta de Apertura labrada en dicha oportunidad y que forma parte del presente informe.

2. **ACLARACIONES DE OFERTAS**: En fecha 25 de abril del corriente año, se ha solicitado a la empresas PARAGUAYA DE GASES S.R.L. y TECHNOLOGY INGENIERIA, documentos aclaratorios de las ofertas presentadas. Las citadas empresas han respondido a los requerimientos en tiempo y forma.

3. **TABLA COMPARATIVA DE LAS OFERTAS EN RELACION A LOS REQUISITOS BASICOS Y SU CUMPLIMIENTO, SEGÚN EL ARTICULO 61º, INCISO 1), DEL REGLAMENTO, LA QUE DEBERÁ CONTENER EXPLICACIONES RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE CADA OFERTA, RESPECTO A DICHOS REQUISITOS**. Se adjunta CUADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTACIONES, en el cual se ha verificado la documentación básica de carácter sustancial a saber: a) Anexo formulario de oferta debidamente firmado y contemplado, donde consta la garantía de mantenimiento de la oferta debidamente extendida, b) formulario de lista de cantidades y sus precios debidamente completados y firmados, c) poderes suficientes del firmante de la oferta, y d) así como la Declaración Jurada de no encontrarse en inhabilidades para contratar con el Estado, contemplado en el Articulo 40º, de la Ley Nº 2051/03.-

4. **TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS.** Se adjunta Cuadro Comparativo de Precios, en el cual constan los ítems ofertados con los precios unitarios correspondientes.

5. **ANALISIS DE LAS OFERTAS RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OTROS REQUERIMIENTOS.** Se adjunta Cuadro comparativo del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas,

Téc. Natalia L. Ortiz C.
Respon. de calidad - INAN

Ma. Nidia Arias de González
Lic. Tecnología de Alimentos
Reg. Prof. Nº 3620

Lic. María Isabel Alfonso A.
INAN - M.S.P. y B.S.

Lic. Catalina V. García Martínez
INAN

Este comité recomienda desestimar la oferta de la ***Empresa Technogy Ingeniería*** de Cilfo Camacho según detalle por no cumplir con las Exigencias solicitadas en las Bases y Condiciones de la Carta de Invitación:

- Se solicito que la misma remita al Comité Evaluador los Certificados de Calidad de los productos ofrecidos y en dicho documento el mismo realizo una marca en color amarillo, donde el producto es: **Caños diámetro exterior nominal con costura TP 316L – Según Norma ASTM A554 – Espesores Milimétricos**; siendo lo solicitado **Tubería de acero inoxidable de ¼" de diámetro exterior AISI 316L - Norma ¼" A 269 TP 316 L BWG 20**, y según investigación bibliográfica vía Internet realizada por la técnica de laboratorio Natalia Ortiz; las tuberías de la Norma A554 corresponde a la "*Especificación ASTM para tubería mecánica*" *y la Norma A269 corresponde a "Especificación Estándar para con y sin costura de acero inoxidable austenítico tubería de servicios generales*". **No cumpliendo las mismas con la norma solicitada en la Carta de Invitación.** (se anexan los documentos de la investigación realizada)

- Se solicito el informe de los tipos de gases, reguladores de presión, accesorios y **para que equipos fueron instalados** en los lugares mencionados en la oferta, la empresa presento un informe elaborado por la misma, no así por los lugares que recibieron el servicio, además que en el documento remitido no se informa para que equipos se realizaron las conexiones, , lo cual no permite visualizar la experiencia del oferente.

6. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CON LAS JUSTIFICACIONES QUE SEAN PERTINENTES.

Conforme a los criterios de adjudicación del presente llamado, la adjudicación recaerá en el oferente cuya oferta cumpla con las condiciones legales y técnicas; tenga las calificaciones y la capacidad para la realización del servicio requerido y presente la oferta económica por el TOTAL evaluado como **el más conveniente** por cumplir con las especificaciones solicitadas, hasta la disponibilidad presupuestaria.

Que, por las condiciones arriba señaladas, El Comité de Evaluación, eleva el presente informe recomendando a la Sra. Directora General, la Adjudicación de la Contratación Directa para ""Adquisición de Adecuación para Tuberías de Equipos de Laboratorio"; a la firma INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.., por la suma total de Gs 79.179.980 (guaraníes setenta y nueve millones ciento setenta y nueve mil novecientos ochenta) con el I.V.A. incluido, acorde con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria y Cuadro de Adjudicación que se anexa.

Se deja constancia que la empresa adjudicada ha presentado todos los documentos sustanciales en el momento de apertura de sobres solicitados en la carta de invitación, quedando, establecido en este informe que la misma deberá completar las documentaciones no sustanciales previamente a la suscripción del contrato correspondiente.

Se remite el presente Informe para los fines que hubiere lugar, en la ciudad de Asunción, Republica del Paraguay, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil once, en tres ejemplares de un mismo tener y a un solo efecto.

Natalia Ortiz
Téc. Natalia L. Ortiz C.
Respon. de calidad - INAN

Ma. Nidia Arias de González
Lic. Tecnología de Alimentos
Reg. Prof. Nº 3620

Lic. María Isabel Alfonso
INAN - M.S.P. y B.S.

Catalina V. García Martínez
...ídica - INAN

INAN Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay
PARAGUAY TODOS
Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Tel/Fax: (595-21) 206 874 - Página Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay

Modalidad: CONTRATACION DIRECTA Nº 06/11 "Adquisición de Adecuación de Tuberias para Equipos de Laboratorio"

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Especificación Técnica	Empresa 1: Technology Ingenieria de Cilfo Camacho	Empresa 2: Industria Paraguaya de Gases S.R.L.
1	72102304-998	Adquisición de Servicios de Adecuación de Tuberias para Equipos de Laboratorio.	* Central de Cilindros, para Cromatógrafo (4 gases) y Equipo de Absorción Atómica (3 gases): Colocación 7 (siete) soportes individuales de cilindros con cadena. Cartelería. Colocación de 7 (siete) mangueras flexibles en acero inoxidable, con válvula anti retorno para evitar contaminación. Colocación de 7 (siete) Estaciones de protocolo para los reguladores, con soporte tipo manifold. Colocación de 7 (siete) Reguladores de presión de una etapa Serie 202 y diafragma de acero inoxidable para Gases Especiales - Placa de identificación de gases para cada gas. El correspondiente a Acetileno con arrestallama.	NO CUMPLE	CUMPLE
			* Sistema de distribución de de Gases – Tuberías: El tendido de tubería se realizará desde la central de cilindros hasta el panel de reguladores de baja presión a instalarse en el interior del laboratorio. La tubería será de acero inoxidable de 1/4" de diámetro exterior AISI 316 L - Norma 1/4" A 269 TP 316 L BWG 20 - Presión de trabajo: 5100 Psi Margen de seguridad 4 / 1. Aproximadamente 48 metros Conectores y accesorios de tubería en acero inoxidable, necesario estos para la unión de los tramos de la tubería. El doblado de la tubería se hará en frío y con dobladora. Soporte individual de tubería, la cantidad necesaria para evitar el pandeo de la misma, y también para conservar la linealidad de la tubería en todo su trayecto. El tendido de la tubería desembocará en los reguladores de baja presión.		
			* Panel de Reguladores de Baja Presión – para Cromatógrafo (4 gases) y Equipo de Absorción Atómica (3 gases/equipo 01 + 3 gases para equipo 02: Estará compuesto de 10 (diez) reguladores, para ambos equipos, de una etapa para los gases especiales utilizados, de la Serie 304 de, todos con diafragma de acero inoxidable. Luego del regulador tiene conectada una válvula de cierre con salida 1/8". Cartelería.		
RESULTADO				NO PASA	PASA

Técc. Natalia L. Ortiz C.
Respon. de calidad - INAN

Ma. Nidia Arias de González
Lic. Tecnología de Alimentos
Reg. Prof. Nº 3620

Abog. Catalina V. García Martínez
Asesoría Jurídica - INAN

Lic. María Isabel Alfonso A.
INAN - M.S.P. y B.S.

Avda. Santísima Trinidad e Ibapoa - Tel/Fax: (595-21) 206 874 - Página Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay

Modalidad: CONTRATACION DIRECTA N° 06/11 "Adquisición de Adecuación de Tuberias para Equipos de Laboratorio"			
CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS SUSTANCIALES			
Descripción	Especificación Técnica	Empresa 1: Technology Ingenieria de Cilfo Camacho	Empresa 2: Industria Paraguaya de Gases S.R.L.
Adquisición de Servicios de Adecuación de Tuberías para Equipos de Laboratorio.	a) El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2.	Cumple	Cumple
	b) Presentación del formulario de lista de cantidades y sus precios debidamente completado y firmado por el oferente o su representante	Cumple	Cumple
	c) Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Artículo N° 40 y de Integridad conforme al Articulo N° 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	Cumple	Cumple
	d) Fotocopia simple del documento que acredite la representación suficiente del firmante de la Oferta para comprometer al oferente	No aplica	Cumple

Téc. Natalia L. Ortiz C.
Respon. de calidad - INAN

Ma. Nidia Arias de González
Lic. Tecnología de Alimentos
Reg. Prof. Nº 3620

Catalina V. García Martínez
Jurídica - INAN

Lic. María Isabel Alfonso A.
INAN - M.S.P. y B.S.

INAN Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Presidencia de la República del Paraguay
PARAGUAY TODOS
Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Tel/Fax: (595-21) 206 874 - Página Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay.

Cuadro de Precios Adjudicados

Modalidad: CONTRATACION DIRECTA Nº 06/11 "Adquisición de Adecuación de Tuberías para Equipos de Laboratorio"

Empresa Adjudicada:	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES SRL
RUC:	80055731-0

Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Especificación Técnica	Marca del Producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Monto Total (IVA Incluido)
1	72102304-998	Adquisición de Servicios de Adecuación de Tuberías para Equipos de Laboratorio.	* Central de Cilindros, para Cromatógrafo (4 gases) y Equipo de Absorción Atómica (3 gases): Colocación 7 (siete) soportes individuales de cilindros con cadena. Cartelería. Colocación de 7 (siete) mangueras flexibles en acero inoxidable, con válvula anti retorno para evitar contaminación. Colocación de 7 (siete) Estaciones de protocolo para los reguladores, con soporte tipo manifold. Colocación de 7 (siete) Reguladores de presión de una etapa Serie 202 y diafragma de acero inoxidable para Gases Especiales - Placa de identificación de gases para cada gas. El correspondiente a Acetileno con arrestallama. * Sistema de distribución de de Gases – Tuberías: El tendido de tubería se realizará desde la central de cilindros hasta el panel de reguladores de baja presión a instalarse en el interior del laboratorio. La tubería será de acero inoxidable de 1/4" de diámetro exterior AISI 316 L - Norma 1/4" A 269 TP 316 L BWG 20 - Presión de trabajo: 5100 Psi Margen de seguridad 4 / 1. Aproximadamente 48 metros Conectores y accesorios de tubería en acero inoxidable, necesario estos para la unión de los tramos de la tubería. El doblado de la tubería se hará en frío y con dobladora. Soporte individual de tubería, la cantidad necesaria para evitar el pandeo de la misma, y también para conservar la linealidad de la tubería en todo su trayecto. El tendido de la tubería desembocará en los reguladores de baja presión. * Panel de Reguladores de Baja Presión – para Cromatógrafo (4 gases) y Equipo de Absorción Atómica (3 gases/equipo 01 + 3 gases para equipo 02: Estará compuesto de 10 (diez) reguladores, para ambos equipos, de una etapa para los gases especiales utilizados, de la Serie 304 de, todos con diafragma de acero inoxidable. Luego del regulador tiene conectada una válvula de cierre con	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES SRL	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	79.179.980	79.179.980

Téc. Natalia L. Ortiz C.
Respon. de calidad - INAN

Ma. Nidia Arias de González
Lic. Tecnología de Alimentos
Reg. Prof. Nº 3620

Catalina V. García Martínez
Jurídica - INAN

Lic. María Isabel Alfonso A
INAN - M.S.P. y B.S.