San Lorenzo, 19 de abril de 2018

Señor
ABOG. SANTIAGO JURE
Director Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Me dirijo a Usted, en base a la Nota DNCP/DNC N° 6.877/2.018, a fin de remitir aclaración del punto 1, de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2.018 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL TOMOGRAFO MARCA PHILIPS" ID N° 343.640, se adjunta memorando.

Sin otro particular, me despido atentamente.-

LIC. RAQUEL DUARTE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal
San Lorenzo -
Paraguay

DEPARTAMENTO DE ELECTROMEDICINA - 2018
Hospital de Clínicas S.L.
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

D.E.M.N° 121/2018

MEMORANDUM

[redacted]

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, en relación al Memorando N° 0328/2.018, a fin de aclarar los siguientes puntos:

La solución planteada para el cumplimiento del mantenimiento correctivo del presente llamado es la vuelta a la operatividad del "Provisor AC Inverter Assembly y la tarjeta inversora del "High Voltaje Box" (Caja o placa de Alto voltaje).

Ambos eventos se encuentran debidamente detallados, en el Pliego de Bases y Condiciones; por lo cual, si ambos mantenimientos se llevan a cabo es suficiente para considerar que se ha cumplido el contrato.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Ing. César A. Yegros A.
Jefe
Dpto. de Electromedicina
H.C. - FCM-UNA

MS. César Yegros
Jefe del Dpto. de Electromedicina

A.D.C-8
LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.
ADMINISTRACIÓN HOSPITAL DE CLÍNICAS
18 ABR 2018
M.E. Nº: 1005 Hs.: 11:10
Recibido por:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
18 ABR 2018
Nº: 880 Firma:
Hora: 13:01 Aclaración: