X. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS Y ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Empresa	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Referencial	Variación	Observación
MACRO SCIENCE SA	1	4376	41122602-002	41122602-002	LAMINA CUBRE OBJETO:LAMINILLA DE VIDRIO CUBRE OBJETO 24 X 60 MM (+ - 1)	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	240.000	480.000	CITOTEST / CITOGLAS	CHINA	164	78.720.000	150	9%	La muestra presentada al Comité Evaluador, **CUMPLE** con las EETT del PBC. **Se sugiere Adjudicar.**
CATETERES Y AFINES SA	1	4376	41122602-002	41122602-002	LAMINA CUBRE OBJETO:LAMINILLA DE VIDRIO CUBRE OBJETO 24 X 60 MM (+ - 1)	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	240.000	480.000	PRECISION	BRASIL	200	96.000.000	150	33%	La muestra presentada al Comité Evaluador, **CUMPLE** con las EETT del PBC.
EUROQUIMICA SA	2	9773	41116201-001	41116201-001	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE:TIRA REACTIVA PARA DETECCIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE PARA LECTURA CON GLUCÓMETRO DIGITAL	Unidad	TIRA	Por Cantidad	1.650.000	3.300.000	ON CALL	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1.313	4.332.900.000	1.315	0%	La muestra presentada al Comité Evaluador, **CUMPLE** con las EETT del PBC. **Se sugiere Adjudicar.**
MEDICAL SUPPLY SA	2	9773	41116201-001	41116201-001	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE:TIRA REACTIVA PARA DETECCIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE PARA LECTURA CON GLUCÓMETRO DIGITAL	Unidad	TIRA	Por Cantidad	1.650.000	3.300.000	Aria	Italia	1.313	4.332.900.000	1.315	0%	La muestra presentada al Comité Evaluador, **CUMPLE** con las EETT del PBC.
PROSALUD FARMA SA	2	9773	41116201-001	41116201-001	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE:TIRA REACTIVA PARA DETECCIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE PARA LECTURA CON GLUCÓMETRO DIGITAL	Unidad	TIRA	Por Cantidad	1.650.000	3.300.000	ON CALL	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1.313	4.332.900.000	1.315	0%	La muestra presentada al Comité Evaluador, **CUMPLE** con las EETT del PBC.
NIPRO MEDICAL	2	9773	41116201-001	41116201-001	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE:TIRA REACTIVA PARA DETECCIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE PARA LECTURA CON GLUCÓMETRO DIGITAL	Unidad	TIRA	Por Cantidad	1.650.000	3.300.000	GoChek2	CHINA/ USA/ URUGUAY	1.314	4.336.200.000	1.315	0%	La muestra presentada al Comité Evaluador, NO **CUMPLE** con las EETT del PBC. PRESENTAN FRASCO DE 10 DETERMINACIONES, LO SOLICITADO ES FRASCO X 25 A 50. DETERMINACIONES. NO CUMPLE CAPACIDAD FINANCIERA

De acuerdo al Análisis de los precios ofertados: Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procedió a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable,

Elida Cano
Secc. Planificación de Suministros de Salud
D.G.M.L.S. - D.L.S.S.

Instituto de Previsión Social
Dra. María Marcela Laconich
Jefa Servicio Microbiología
Hosp. Central

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Teresa S. Bernal O.
Mat. C.S.J. Nº 11.766
DIRECCIÓN JURÍDICA

2023-09-18 15:03:40.157757

0000360

conforme al siguiente parámetro: En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.
El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.
Se solicitó desglose de precios a la empresa CATETERES & AFINES S.A., la respuesta resultó aceptable.

Instituto de Previsión Social
Dra. Mariel Marcela Laconich
Jefa Servicio Microbiología
Hospital Central

Elida Cano
Secc. Planificación de Suministros de Salud
D.G.M.I.S. - D.L.S.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Teresa S. Bernal O.
Mat. C.S.J. Nº 11.766
DIRECCIÓN JURÍDICA

00000359

2023-09-18 15:03:40.157757