MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Hospital de Luque, República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas No. 06/2010 "Adquisición de Equipos e Instrumentales Médicos"

Item	Codigo de Catalogo	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	Presentacion	U.M.	Cantidad	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	LA CASA DEL MEDICO SA				SOLUMEDIC SA				DISTRIBUIDORA YPACARAI SA			
								MARCA	Procedencia	P.U. IVA Incluido	PRECIO TOTAL	MARCA	Procedencia	P.U. IVA Incluido	PRECIO TOTAL	MARCA	Procedencia	P.U. IVA Incluido	PRECIO TOTAL
15	42181716-002	Ecocardiografo Con sistema de 1024 canales como mínimo, totalmente digitales, con transductores de banda ancha que permita la adquisición de imágenes en 2 D, armónicas de tecnología de inversión de pulso, Doppler color y Color Power Angio (CPA), Modos Doppler Pulsado, con colorización de imágenes en 2D y PW, con capacidad triplex, duales y dobles. Mapas de colorización de imágenes en 2D y Doppler tisular, que permita la incorporación de transductores TEE, con monitor Pantalla Plana de Alta Resolución, mínimo de 15", con optimización automática de PW. Con auto cálculos PW Memoria Cine de 1000 cuadros como mínimo, con revisión de clips de varios segundos. Debe incluir los siguientes Software: Doppler tisular, espectral y color; alto PRF (SPRF-para realizar estudios donde se requiera realizar altas velocidades de flujo), Modos Duplex y Triplex (Posibilidad de seleccionar entre varios formatos de pantalla, inclusive pantalla completa, imagen; Modo M-anatómico; optimización automática del espectro Doppler; Medición por método PISA, cálculos off-line, auto trazado del espectro Doppler; tecnología de inversión de pulso. Debe permitir intrudicción de textos; creación de presets de fábrica para las aplicaciones: cardiología adulto, pediatría, transesofágica, eco estrés, Doppler transcraneal vasculares, cerebro vascular, vascular intraoperatorio y estudios, abdominales, pequeñas partes y superficial, pediatría, muscoloesquelético, neonatología, urología, obstetricia, ginecología y fertilidad, próstata. Velocidad de adquisición de cuadros, mínimo de 230 cuadros por seg (fps) y Rangfo dinámico, 232Db. Debe incluir módulo de ECG y cable paciente de tres vías, con tres puertos activos para transductores, además de un puerto activo para transductor ciedo (tipo Doppler) y soportar transductores de tipo: lineal, sectorial, convexo, micro convexo, endocavitario, trans esofágico y transductor ciego con los siguientes transductores, todos con tecnología de banda ancha: Transductor lineal L12-3, frecuencia de 3 a 12 MHz, aplicaciones vasculares y pequeñas partes, Transductor sectorial s4-2, frecuencia de 2-4 MHz, aplicaciones.-	Caja	Unidad	1	175.000.000	5,08%	ALOKA / ALPHA 6	JAPONESA	317.020.000	317.020.000	GENERAL ELECTRIC	ISRAEL	199.200.000	199.200.000	PHILIPS	CHINA	183.896.900	183.896.900
TOTAL GENERAL										**317.020.000**				**199.200.000**				**183.896.900**	

Obs.: Los porcentajes de Variación de Precios fueron calculados con la siguiente fórmula : (Precio Adjudicado - Precio Referencial)*100/Precio Referencial.
Porcentaje Positivo: Precio Adjudicado > (mayor) Precio Referencial
Porcentaje Negativo: Precio Adjudicado < (menor)Precio Referencial (se economiza)

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Dr. José Rojas Luque
CARDIOLOGO
MEDICINA INTERNA
R.P. 4126

Dr Carlos Ferreira Rasso
Encargado Dirección General
Hospital Regional de Luque

Lic. Blas Darío Ruiz Díaz
Administrador
Hospital Regional de Luque

Dra. Wilma Mendieta de Aranda
ASESOR JURIDICO
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Dr. Ramón Moreno
Reg. Prof. 2468
Director Médico
Hospital Regional de Luque