ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN– LCO Nº 20/11 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS"

En la ciudad de Asunción, a los 5 días **del mes de agosto** del año dos mil once, en el Departamento de Licitaciones, sito en la calle Pettirossi esquina Brasil, se procede a la Evaluación de las ofertas recibidas en el llamado a Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 20/11, "**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS**" para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, cuya Subasta a la Baja Electrónica se realizó en fecha 15 de julio de 2011 y la recepción física de los sobres se realizó en fecha 19 de Junio de 2011.

Para tal efecto, se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas según Resolución S.G. N° 471:

1. **Lic. Miguel Ángel López, representante de la Dirección General de Administración y Finanzas**
2. **Abog. Oscar Arza, representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica**
3. **Sr. Adolfo Maldonado, representante de la Dirección Biomédica – D.G.G.I.E.S.**

PRIMERO: Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado: Pliego de Bases y Condiciones, Consultas y Respuestas realizadas.

SEGUNDO: Según Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 2041/2011 la presente Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 20/2011, dispone de respaldo presupuestario para la eventual adjudicación.

TERCERO: Se da lectura al Acta de Apertura de Sesión Pública Virtual, observándose la recepción de 8 (ocho) ofertas, asimismo el día fijado para la recepción de sobres se recibieron 6 (seis) ofertas, conforme al Acta de Apertura de Sobres, las cuales serán tenidas en cuenta para el análisis y evaluación:

EMPRESA	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
CIRUMED	8.250.000.-
ARGON S.R.L.	54.785.500.-
EXIMPAR S.R.L.	75.996.000.-
CHACO INTERNACIONAL S.A.	128.815.000.-

OBS.: Las empresas participantes se encuentran habilitadas según fue verificado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

CUARTO: Se da lectura al Análisis del contenido documental legal, realizado por la Dirección General de Asesoría Jurídica, según Dictamen A.J. Nº 1520, el cual concluye que:

a) **CIRUMED** (fs. 01 al 60): Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, a excepción de la Constitución de Sociedad y Poder del Representante, no obstante, presenta constancia SIPE.-
b) **ARGÓN S.R.L.** (fs. 01 al 70): Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones
c) **EXIMPAR S.R.L.** (fs. 01 al 108): Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones.-

OSCAR D. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

LIC. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Sr. Adolfo Maldonado
Encargado
Dirección Biomédica

d) **CHACO INTERNACIONAL S.A.** (fs. 01 al 48): Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, a excepción de la Constitución de Sociedad, D.D.J.J. Art. 40 y Poder del Representante, no obstante, presenta constancia SIPE.

QUINTO: Se da lectura al Análisis de Ratios Financieros practicados a los Balances, a fin de determinar si éstas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo dispuesto en el Pliego de bases y Condiciones:

- **CIRUMED**
  RATIO DE LIQUIDEZ : CUMPLE
  ENDEUDAMIENTO : CUMPLE
  RENTABILIDAD : CUMPLE

- **ARGÓN S.R.L.**
  RATIO DE LIQUIDEZ : CUMPLE
  ENDEUDAMIENTO : CUMPLE
  RENTABILIDAD : CUMPLE

- **EXIMPAR S.R.L.**
  RATIO DE LIQUIDEZ : CUMPLE
  ENDEUDAMIENTO : CUMPLE
  RENTABILIDAD : CUMPLE

- **CHACO INTERNACIONAL S.A.**
  RATIO DE LIQUIDEZ : CUMPLE
  ENDEUDAMIENTO : CUMPLE
  RENTABILIDAD : CUMPLE

SEXTO: CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte íntegra del presente Acta de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el PBC.

SÉPTIMO: Del Cuadro Comparativo de Ofertas, se selecciona la oferta de cada ÍTEM evaluado provisoriamente como la más baja, a fin de analizar en detalle su cumplimiento, conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Art. 61° - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta le Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas".

Informe Técnico Elaborado por el Sr. Adolfo Maldonado, Director de la Dirección Biomédica

ÍTEM 1: APARATO DE PRESIÓN ANEROIDE

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **ARGON S.R.L.**

MARCA	MODELO	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
OMROM	HEM 742INT	USA	5	257.400	1.287.000

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Sr. Adolfo Maldonado
Encargado
Dirección Biomédica

Evaluación de la propuesta:

ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
MEDIDOR DE PRESIÓN DIGITAL AUTOMÁTICO	CUMPLE	
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN	CUMPLE	
Características Generales:		
LCD display digital, con indicador de 3 dígitos	CUMPLE	
Display con medidor de presión sanguínea sistólica, presión sanguínea diastólica y pulso	CUMPLE	
Escala de medición: presión entre 0 hasta 299 mm/Hg - pulso entre 40 hasta 200 Pulsos/min		NO CUMPLE, 40 a 180 pulsos/min.
Válvula de aire automática para inflación y deflación	CUMPLE	
Indicador de memoria y batería física en pantalla	CUMPLE	
Función de memoria con capacidad para almacenar 60 valores de medida o superior		NO CUMPLE, con capacidad para almacenar 30 valores de medida
Principio de medición: método oscilometrico	CUMPLE	
Localización de medición: brazo superior	CUMPLE	
Tecla de iniciar / parar	CUMPLE	
Apagado automático en 2 minutos aprox.	CUMPLE	
Peso de la unidad principal: 238 gr. Aprox.	CUMPLE	
Tamaño del cuerpo: 146 mm x 132 mm x 52 mm APROX.	CUMPLE	
Puño de brazo (475 mm x 140 mm aprox.) Con soporte de metal, manguera y plus de entrada	CUMPLE	
Ajuste del puño para la escala de 22 cm - 36 cm del perímetro superior del brazo	CUMPLE	
Fuente de alimentación: pilas alcalinas	CUMPLE	
Accesorios(incluir): puño, baterías y manual de instrucción	CUMPLE	
Garantía escrita de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios	CUMPLE	
Manual de operaciones y servicio en español	CUMPLE	

Se informa que la oferta de la empresa **ARGON S.R.L.** no cumple con los requerimientos técnicos del PBC, y este ítem queda desierto.

TENIENDO EN CUENTA LO CONCLUIDO EN EL PRESENTE INFORME TÉCNICO Y QUE LA EVALUACIÓN SE REALIZÓ SOBRE LA ÚNICA OFERTA, SE RECOMIENDA DECLARAR **DESIERTO** EL ÍTEM.

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Sr. Adolfo Maldonado
Encargado
Dirección Biomédica

ÍTEM 2: BALANZA CON ALTÍMETRO

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **ARGON S.R.L.**

MARCA	MODELO	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
SECA	700	ALEMANIA	3	986.666	2.959.988

Evaluación de la propuesta:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
BALANZA CON TALLIMETRO PARA ADULTO	CUMPLE	
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN	CUMPLE	
Características Generales:		
Construcción acorde a normas internacionales.	CUMPLE. CE	
Estructura de acero con acabado cromo o satinado con pintura secado al horno resistente a la corrosión.	CUMPLE. Estructura de acero acabado con pintura satinada secada al horno resistente a la corrosión	
Sistema de pesaje del tipo mecánico con control de calibración interno o pesa de referencia	CUMPLE. Sistema de pesaje mecánico pesa de referencia.	
Altímetro tipo telescopio, deslizante de metal duro.	CUMPLE.	
Superficie que facilite la limpieza, desinfección y mantenimiento.	CUMPLE	
Plataforma sólida.	CUMPLE	
Características Técnicas:		
Rango de pesaje 0 a 150 kilogramo como mínimo	CUMPLE. Rango de pesaje 0 a 200 Kg.	
Graduación de 100 gramos.	CUMPLE	
Rango de medición del altímetro 95 centímetro hasta 200 centímetros.	CUMPLE. Rango de medición hasta 200 cm	
Accesorios:		
Manual de operación y servicio en español.	CUMPLE	
Garantía escrita de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios	CUMPLE	

Se informa que la oferta de la empresa **ARGON S.R.L.** cumple con los requerimientos técnicos del PBC.

TENIENDO EN CUENTA EL PRESENTE INFORME TÉCNICO SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN A LA EMPRESA **ARGÓN S.R.L.** POR SER LA MEJOR OFERTA Y REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ITEM 3: CENTRIFUGA

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

MARCA	MODELO	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
PRESVAC	**DSC-PRESVAC**	**ARGENTINA**	**1**	**6.000.000**	**6.000.000**

OSCAR G. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Sr. Adolfo Maldonado
Encargado
Dirección Biomédica

Evaluación de la propuesta:

ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
MACRO CENTRIFUGA DE MESA PARA 16 A 24 TUBOS CON BLOQUEO DE FUNCIONAMIENTO POR APERTURA DE LA TAPA	CUMPLE, MACRO CENTRIFUGA DE MESA PARA 16 TUBOS	
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN	CUMPLE	
Características Generales:		
Construcción acorde a normas internacionales.	CUMPLE	
Sistema de seguridad electrica acorde a normas internacionales.	CUMPLE	
Sistema de bioseguridad acorde a normas internacionales.	CUMPLE	
Modelo de mesa para uso universal con rotor pendulante sin refrigeración.	CUMPLE	
Estructura metalica satinada con pintura secada al horno resistente a la corrosión o similar.	CUMPLE	
Camara de centrifugado de acero inoxidable o similar de alta resistencia a los impactos según nomras ISO, DV, UVV, VBG7 o similar.	CUMPLE	
Panel de control con teclas o potenciometros para regular la velocidad, curva de aceleración / frenado tiempo de centrifugado y tacómetro.	CUMPLE	
Tecnologia de microprocesador con sistema de autotest, Wacth dog, sistema de control de balanceo del rotor y trouble-shooting con dispositivo de alarmas acusticos / visuales.	CUMPLE	
Bloqueo de la tapa acorde a normas de bioseguridad.	CUMPLE	
Sistema de tracción directa del motor asincrono, libre de mantenimiento, con diferentes niveles de frenado programables.	CUMPLE	
Regulación de temperatura acorde a normas internacionales.	CUMPLE	
Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.	CUMPLE	
Características Técnicas:	CUMPLE	
Rengo de Velocidad de 0 a 6000 rpm.	CUMPLE	
Capacidad de rotor pendulante: 12x15 ml con una tolerancia de 5%.	CUMPLE	
Fuerza centrifuga relativa mínima 4.000. g.	CUMPLE	
Timer regulable de 0 a 99 minutos y función continua.	CUMPLE	
Alimentación electrica: 220V/50Hz, con toma schuko.	CUMPLE	
Accesorios:		
Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios. Instalación y puesta en funcionamiento del equipo e Instrucción al personal para el uso del equipo. Manual de operación y servicio técnico en español. Se aceptarán en inglés si dichos manuales son originales y sin alteraciones. Además, al mismo se deberá acompañar la Traducción de los Manuales de uso y de servicio técnico realizado por un Traductor Público Matriculado.	CUMPLE	
1 Set completo de portatubos para 15 ml (12 unidades).	CUMPLE	
1 Set completo de portatubos para 10 ml (12 unidades).	CUMPLE	
Rotor pendulante con dispositivo de fijación.	CUMPLE	
Kit de mantenimiento y herramientas para ajuste de rotor.	CUMPLE	

Se informa que la oferta de la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.** cumple con los requerimientos técnicos del PBC.

TENIENDO EN CUENTA EL PRESENTE INFORME TÉCNICO SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN A LA EMPRESA **CHACO INTERNACIONAL S.A.** POR SER LA MEJOR OFERTA Y REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

Lic. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Sr. Adolfo Maldonado
Encargado
Dirección Biomédica

ÍTEM 4: BALANZA ELECTRÓNICA

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **EXIMPAR S.R.L.**

MARCA	MODELO	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
KERN	**PCB 6000-0**	**ALEMANIA**	**2**	**1.500.000**	**3.000.000**

Evaluación de la propuesta:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN	CUMPLE	
▪ Balanza solo peso.	CUMPLE	
▪ Carcasa en ABS.	CUMPLE	
▪ Plato en acero inoxidable.	CUMPLE	
▪ Dimensiones aproximadas del plato: 290 x 230 mm.	CUMPLE, se oferta con dimensiones de 150 x 170 mm	
▪ Protección IP44.	CUMPLE	
▪ Pantalla LCD retroiluminada.	CUMPLE	
▪ 5 dígitos como mínimo	CUMPLE	
▪ Protección contra sobrecargas.	CUMPLE	
▪ Nivel burbuja.	CUMPLE	
▪ Unidades de peso: g, kg, lb y oz.	CUMPLE	
▪ Pies regulables en altura.	CUMPLE	
▪ Batería interna recargable.	CUMPLE	
▪ Alimentación de 220V.	CUMPLE	
▪ Temperatura de funcionamiento: de 0ºC a +40ºC.	CUMPLE	
FUNCIONES		
▪ Cero, tara, bruto y neto.	CUMPLE	
▪ Cuentapiezas.	CUMPLE	
▪ Función de límites.	CUMPLE	
Capacidad: 1.500 gramos.	CUMPLE. 6000 gr.	
Fracción (presición): 1 gramo.	CUMPLE	
Garantía escrita de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios. Manual de operación en español.	CUMPLE	

Se informa que la oferta de la empresa **EXIMPAR S.R.L.** cumple con los requerimientos técnicos del PBC.

TENIENDO EN CUENTA EL PRESENTE INFORME TÉCNICO Y LA NOTA CNTS ADM N° 89 EN LA QUE SE JUSTIFICA QUE LAS DIMENSIONES OFERTADAS EN EL PRESENTE ÍTEM PUEDEN CUMPLIR PERFECTAMENTE EL OBJETIVO FINAL DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN, QUE ES PESAR LAS BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES, POR TANTO SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN A LA EMPRESA **EXIMPAR S.R.L.** POR SER LA ÚNICA Y MEJOR OFERTA Y REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

LIC. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Sr. Adolfo Maldonado
Encargado
Dirección Biomédica

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

ITEM 5: SELLADOR PARA BOLSAS DE SANGRE

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

MARCA	MODELO	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL

Evaluación de la propuesta:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
Sellador para bolsa de sangre		
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN		
Construcción acorde a normas internacionales.		
Sistema de seguridad eléctrica,		
Palanca o Botón pulsador para activación de soldadura,		
Sellador de tubos de PVC, para tubos de bolsas de sangre o set de plasmaféresis.		
Con baterías recargables que permite realizar mas de 1000 sellos de los tubos de PVC.		
Apto para ser usado en las unidades de donación hospitalaria como en unidades móviles.		
Garantía escrita de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios. Capacitación al personal para el uso del equipo. Manual de operación y servicio técnico en español.		

Se informa que la oferta de la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.** sobrepasa los 1.300 % del precio referencial.

TENIENDO EN CUENTA LO CONCLUIDO EN EL PRESENTE INFORME TÉCNICO, QUE LA EVALUACIÓN SE REALIZÓ SOBRE LA ÚNICA OFERTA Y QUE LA MISMA SOBREPASA EN 1.300 % EL PRECIO REFERENCIAL, SE RECOMIENDA DECLARAR **DESIERTO** EL ÍTEM.

ÍTEM 6: SILLÓN DE EXTRACCIÓN DE SANGRE

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **ARGON S.R.L.**

MARCA	MODELO	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
ESTRELLA	**SE-11**	**PARAGUAY**	**7**	**1.334.286**	**9.340.002**

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Sr. Adolfo Maldonado
Encargado
Dirección Biomédica

Evaluación de la propuesta:

ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
FIJOS	CUMPLE	
ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CROMADO O METALICO ESMALTADO,	CUMPLE	
ASIENTO DE 3 PLANOS , UNO FIJO Y DOS ABATIBLES,	CUMPLE	
TAPIZADO EN CUERINA ,Y GOMA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD , CON POSAS BRAZOS REGULABLES EN ALTURA		NO CUMPLE, el tapizado en cuerina y la goma de espuma no es de alta densidad.
TAPIZADO EN CUERINA Y GOMA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD		NO CUMPLE, LA GOMA DE ESPUMA NO ES DE ALTA DENSIDAD
Garantía escrita de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios. Capacitación al personal para el uso del equipo. Manual de operación y servicio técnico en español.	CUMPLE	

Se informa que la oferta de la empresa **ARGÓN S.R.L.** no cumple con varios puntos de las especificaciones técnicas.

TENIENDO EN CUENTA LO CONCLUIDO EN EL PRESENTE INFORME TÉCNICO Y QUE LA EVALUACIÓN SE REALIZÓ SOBRE LA ÚNICA OFERTA, SE RECOMIENDA DECLARAR **DESIERTO** EL ÍTEM.

ÍTEM 7: SILLÓN DE EXTRACCIÓN DE SANGRE

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **ARGÓN S.R.L.**

MARCA	MODELO	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
ESTRELLA	**SE-11**	**PARAGUAY**	**4**	**1.657.500**	**6.630.000**

Evaluación de la propuesta:

ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
PORTÁTIL		NO CUMPLE, oferta un sillón de extracción de sangre del tipo fijo
ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CROMADO O METÁLICO ESMALTADO,	CUMPLE	
ASIENTO DE 3 PLANOS , UNO FIJO Y DOS ABATIBLES,	CUMPLE	
TAPIZADO EN CUERINA ,Y GOMA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD ,		NO CUMPLE, LA GOMA DE ESPUMA NO ES DE ALTA DENSIDAD
CON POSAS BRAZOS REGULABLES EN ALTURA		
TAPIZADO EN CUERINA Y GOMA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD		NO CUMPLE, LA GOMA DE ESPUMA NO ES DE ALTA DENSIDAD
Garantía escrita de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios. Capacitación al personal para el uso del equipo. Manual de operación y servicio técnico en español.	CUMPLE	

OSCAR G. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Sr. Adolfo Maldonado
Encargado
Dirección Biomédica

Se informa que la oferta de la empresa **ARGÓN S.R.L.** no cumple con las especificaciones técnicas del PBC, porque se requiere SILLÓN DE EXTRACCIÓN DE SANGRE del tipo PORTÁTIL, y la empresa oferta del tipo fijo.

Se procede a estudiar a la siguiente mejor oferta que corresponde a la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

MARCA	MODELO	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
PRESVAC	T-4M	ARGENTINA	4	14.390.000	57.560.000

Evaluación de la propuesta:

ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
PORTATIL		
ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CROMADO O METALICO ESMALTADO,		
ASIENTO DE 3 PLANOS , UNO FIJO Y DOS ABATIBLES,		
TAPIZADO EN CUERINA ,Y GOMA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD ,		
CON POSAS BRAZOS REGULABLES EN ALTURA		
TAPIZADO EN CUERINA Y GOMA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD		
Garantía escrita de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios. Capacitación al personal para el uso del equipo. Manual de operación y servicio técnico en español.		

Se informa que la oferta de la empresa **INTERNACIONAL S.A.** sobrepasa los 475,6% del precio referencial.

TENIENDO EN CUENTA LO CONCLUIDO EN EL PRESENTE INFORME TÉCNICO, SE RECOMIENDA DECLARAR **DESIERTO** EL ÍTEM.

ÍTEM 8: BALANZA CON ALTÍMETRO

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **EXIMPAR S.R.L.**

MARCA	MODELO	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
KERN		ALEMANIA	3	6.072.000	18.216.000

LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

Sr. Adolfo Maldonado
Encargado
Dirección Biomédica

Evaluación de la propuesta:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
Balanza para adultos con tallímetro para control de peso DIGITAL		
Características Generales:		
Construcción acorde a normas internacionales.		
Estructura de acero con acabado cromo o satinado con pintura secado al horno resistente a la corrosión.		
Sistema de pesaje del tipo Electronico / Digital y panel luminoso		
Altímetro tipo telescopio.		
Superficie que facilite la limpieza, desinfección y mantenimiento.		
Plataforma sólida.		
Características Técnicas:		
Rango de pesaje 0 a 200 kilogramo aproximadamente.		
Presición de 5 gramos.		
Rango de medición del altímetro 95 centímetro hasta 200 centímetros.		
Alimentación electrica: 220V/50Hz, con toma schuko.		
Garantía escrita de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios. Capacitación al personal para el uso del equipo. Manual de operación y servicio técnico en español.		

Se informa que la oferta de la empresa **EXIMPAR S.R.L.** sobrepasa el 203,6% del precio referencial.

TENIENDO EN CUENTA LO CONCLUIDO EN EL PRESENTE INFORME TÉCNICO, SE RECOMIENDA DECLARAR **DESIERTO** EL ÍTEM.

ITEM 9: SILLA DE RUEDAS PLEGABLE

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

MARCA	MODELO	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
SHANGAI CHANNELMED	FS809-46	CHINA	1	765.000	765.000

Evaluación de la propuesta:

ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
Descripción:		
• Silla plegable.		Menciona en la planilla de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, pero no menciona en el catálogo del equipo.

OSCAR G. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Sr. Adolfo Maldonado
Encargado
Dirección Biomédica

• Tapizado transpirable y acolchado.		Menciona en la planilla de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, pero no menciona en el catálogo del equipo.
• Estructura de acero de alta resistencia.		Menciona en la planilla de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, pero no menciona en el catálogo del equipo.
• Reposabrazos y reposapiés abatibles y desmontables.		Menciona en la planilla de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, pero no menciona en el catálogo del equipo.
• Ruedas traseras macizas Ø 300.		Menciona en la planilla de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, pero no menciona en el catálogo del equipo.
• Empuñaduras anatómicas.		Menciona en la planilla de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, pero no menciona en el catálogo del equipo.
• Bolsillo portadocumentos trasero.		Menciona en la planilla de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, pero no menciona en el catálogo del equipo.
• Reposapiés elevables opcionales.		Menciona en la planilla de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, pero no menciona en el catálogo del equipo.
• Sistema de freno en las ruedas		Menciona en la planilla de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, pero no menciona en el catálogo del equipo.
• Debe soportar un peso maximo: 120 kg.		Menciona en la planilla de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, pero no menciona en el catálogo del equipo.
Garantía de 12 meses como mínimo, incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios	CUMPLE	

Se informa que la oferta de la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.,** no cumple con varios puntos de las especificaciones técnicas del PBC.

Se procede a estudiar la siguiente mejor oferta que corresponde a la empresa **ARGON S.R.L.**

MARCA	MODELO	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
COMFORT	**SERIE 100**	**CHINA**	**1**	**768.500**	**768.500**

Evaluación de la propuesta:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
Descripción:		
• Silla plegable.	CUMPLE	
• Tapizado transpirable y acolchado.	CUMPLE	
• Estructura de acero de alta resistencia.	CUMPLE	
• Reposabrazos y reposapiés abatibles y desmontables.	CUMPLE	
• Ruedas traseras macizas Ø 300.	CUMPLE	
• Empuñaduras anatómicas.	CUMPLE	
• Bolsillo portadocumentos trasero.	CUMPLE	
• Reposapiés elevables opcionales.	CUMPLE	
• Sistema de freno en las ruedas	CUMPLE	
• Debe soportar un peso maximo: 120 kg.	CUMPLE. Hasta 150 Kgr	
Garantía de 12 meses como mínimo, incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios	CUMPLE	

Se informa que la oferta de la empresa **ARGÓN S.R.L.** cumple con los requerimientos técnicos del PBC.

OSCAR G. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

LIC. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Sr. [illegible]
Encargado
Dirección Biomédica

TENIENDO EN CUENTA EL PRESENTE INFORME TÉCNICO SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN A LA EMPRESA **ARGÓN S.R.L.** POR SER LA SEGUNDA MEJOR OFERTA Y REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ITEM 10: MICROSCOPIO BINOCULAR

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **ARGON S.R.L.**

MARCA	MODELO	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
PROWAY	XSZ-PWN 107 PLA	CHINA	10	2.500.000	25.000.000

Evaluación de la propuesta:

ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
Sistema Óptico:		
Sistema óptico UIS (Sistema infinito universal),	CUMPLE	
Sistema de Iluminación:		
Sistema de iluminación transmitida incorporado,	CUMPLE	
Foco halógeno de 6V/20W,	CUMPLE	
Voltaje universal de 100-240V 50/60 Hz.	CUMPLE	
Foco: Movimiento de altura de platina (movimientos de 20mm),	CUMPLE	
Graduación de enfoque fino: 2.5mm aproxim,	CUMPLE	
Porta Objetivos Giratorio:	CUMPLE	
Porta objetivos cuádruple fijo,	CUMPLE	
Platina:	CUMPLE	
Platina fija mecánica con movimiento de cable: 120 X 132mm	CUMPLE	
Rango de desplazamiento: 76mm(X) x 30mm(Y)	CUMPLE	
Un soporte de muestra,	CUMPLE	
Tubo de Observación: Tubo binocular inclinado 30°,	CUMPLE	
Rango de ajuste de distancia interpupilar de 48-75mm;	CUMPLE	
Condensador: Tipo Abbe con diafragma de iris de apertura N.A.: 1.25;	CUMPLE	
Objetivo: Objetivos plan-acromáticos (protegidos contra hongos):	CUMPLE	
4x N.A.: 0.10 D.T.: 22.0mm	CUMPLE	
10x N.A.: 0.25 D.T.:10.5mm	CUMPLE	
40x N.A.: 0.65 D.T.: 0.56mm	CUMPLE	
100X N.A.: 1.25 D.T.: 0.13mm (opcional)	CUMPLE	

LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

Sr. Adolfo Maldonado
Encargado
Dirección Biomédica

Ocular: (10x)	CUMPLE	
Número de campo (F.N.): 18 (protegido contra hongos);	CUMPLE	
Accesorios		
Opcionales: Espejo,		No cumple. No oferta
ocular 15x (Número de campo: 12, protegido contra hongos),		No cumple. No oferta
asa para cinta,		No cumple. No oferta
caja de madera,	CUMPLE	
micrómetro de ocular reticulado,		No cumple. No menciona en la oferta y el catálogo del equipo.
cable indicador,	CUMPLE	
soporte de filtro,	CUMPLE	
detención de campo oscuro	CUMPLE	
Características y Beneficios:		
• Los objetivos de plano acromático corregidos al infinito ofrecen una uniformidad excepcional y proporcionan imágenes claras y nítidas hasta los bordes del campo visual (4x, 10x, 40x y 100x aceite)		NO CUMPLE/NO MENCIONA. No se especifica el uso del objetivo 100 x con aceite. Se requiere el uso del objetivo 100 x con aceite de inmersión para obtener una visualización óptima.
• El tratamiento antimicótico ayuda a proteger los componentes ópticos incluso en condiciones de trabajo de alta humedad	CUMPLE	
• Condensador N.A. 1.25 Abbe fijo, con una posición de detención de apertura para cada objetivo marcada con claridad en el condensador, lo que mejora el contraste de las imágenes	CUMPLE	
• Un foco halógeno de 6V/20W que produce una iluminación clara y estable. Una lente colectora casi esférica que proporciona imágenes claras e iluminadas de manera uniforme en todo el campo visual.	CUMPLE	
• Un diseño compacto que permite transportarlo con facilidad y guardarlo en un armario de aula	CUMPLE	
• Platina derecha integral sin cremallera y con controles X e Y en la parte inferior	CUMPLE	
• A prueba de estudiantes: los oculares, los objetivos y el condensador están conectados al cuerpo del microscopio para que ningún componente se caiga o se desprenda al transportarlo o utilizarlo	CUMPLE	
Accesorios		
• El espejo permite realizar observaciones sin fuente de alimentación		NO CUMPLE
• Ajuste de altura ocular	CUMPLE	
• Detención de campo oscuro	CUMPLE	
• Soporte de filtro	CUMPLE	

OSCAR G. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Sr. Adolfo Maldonado
Encargado
Dirección Biomédica

Incluir una lámpara de repuesto,	CUMPLE	
Garantía escrita de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios.	CUMPLE	
* Proveer Manual de Uso en español.	CUMPLE	
* Proveer Manual de Servicio Técnico en español.	CUMPLE	
* Kit de mantenimiento,uno por cada equipo.	CUMPLE	
* Garantizar la existencia de repuestos en el Mercado Nacional de por lo menos 10 años posteriores a la compra.	CUMPLE	
* Especificar Marca, Modelo, Procedencia y año de fabricación.	CUMPLE	

Se informa que la oferta de la empresa **ARGON S.R.L.**, no cumple con varios puntos de las especificaciones técnicas del PBC.

Se procede a estudiar la segunda mejor oferta que corresponde a la empresa **EXIMPAR S.R.L.**

MARCA	MODELO	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
ZEISS	**PRIMO STAR**	**ALEMANIA**	**10**	**5.478.000**	**54.780.000**

Evaluación de la propuesta:

ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
Sistema Óptico:		
Sistema óptico UIS (Sistema infinito universal),	CUMPLE	
Sistema de Iluminación:		
Sistema de iluminación transmitida incorporado,	CUMPLE	
Foco halógeno de 6V/20W,	CUMPLE, 6V/30W	
Voltaje universal de 100-240V 50/60 Hz.	CUMPLE	
Foco: Movimiento de altura de platina (movimientos de 20mm),	CUMPLE	
Graduación de enfoque fino: 2.5mm aproxim,	CUMPLE	
Porta Objetivos Giratorio:	CUMPLE	
Porta objetivos cuádruple fijo,	CUMPLE	
Platina:	CUMPLE	
Platina fija mecánica con movimiento de cable: 120 X 132mm	CUMPLE, 140 X 135 mm	
Rango de desplazamiento: 76mm(X) x 30mm(Y)	CUMPLE	
Un soporte de muestra,	CUMPLE	
Tubo de Observación: Tubo binocular inclinado 30°,	CUMPLE	
Rango de ajuste de distancia interpupilar de 48-75mm;	CUMPLE	
Condensador: Tipo Abbe con diafragma de iris de apertura N.A.: 1.25;	CUMPLE	
Objetivo: Objetivos plan-acromáticos (protegidos contra hongos):	CUMPLE	
4x N.A.: 0.10 D.T.: 22.0mm	CUMPLE	

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Sr. Adolfo Maldonado
Encargado
Dirección Biomédica

10x N.A.: 0.25 D.T.:10.5mm	CUMPLE	
40x N.A.: 0.65 D.T.: 0.56mm	CUMPLE	
100X N.A.: 1.25 D.T.: 0.13mm (opcional)	CUMPLE	
Ocular: (10x)	CUMPLE	
Número de campo (F.N.): 18 (protegido contra hongos);	CUMPLE	
Accesorios		
Opcionales: Espejo,	CUMPLE	
ocular 15x (Número de campo: 12, protegido contra hongos),	CUMPLE	
asa para cinta,	CUMPLE	
caja de madera,	CUMPLE	
micrómetro de ocular reticulado,	CUMPLE	
cable indicador,	CUMPLE	
soporte de filtro,	CUMPLE	
detención de campo oscuro	CUMPLE	
Características y Beneficios:		
• Los objetivos de plano acromático corregidos al infinito ofrecen una uniformidad excepcional y proporcionan imágenes claras y nítidas hasta los bordes del campo visual (4x, 10x, 40x y 100x aceite)	CUMPLE	
• El tratamiento antimicótico ayuda a proteger los componentes ópticos incluso en condiciones de trabajo de alta humedad	CUMPLE	
• Condensador N.A. 1.25 Abbe fijo, con una posición de detención de apertura para cada objetivo marcada con claridad en el condensador, lo que mejora el contraste de las imágenes	CUMPLE	
• Un foco halógeno de 6V/20W que produce una iluminación clara y estable. Una lente colectora casi esférica que proporciona imágenes claras e iluminadas de manera uniforme en todo el campo visual.	CUMPLE	
• Un diseño compacto que permite transportarlo con facilidad y guardarlo en un armario de aula	CUMPLE	
• Platina derecha integral sin cremallera y con controles X e Y en la parte inferior	CUMPLE	
• A prueba de estudiantes: los oculares, los objetivos y el condensador están conectados al cuerpo del microscopio para que ningún componente se caiga o se desprenda al transportarlo o utilizarlo	CUMPLE	
Accesorios		
• El espejo permite realizar observaciones sin fuente de alimentación	CUMPLE	
• Ajuste de altura ocular	CUMPLE	
• Detención de campo oscuro	CUMPLE	
• Soporte de filtro	CUMPLE	
Incluir una lámpara de repuesto,	CUMPLE	
Garantía escrita de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios.	CUMPLE, 24 MESES DE GARANTIA	
* Proveer Manual de Uso en español.	CUMPLE	
* Proveer Manual de Servicio Técnico en español.	CUMPLE	
* Kit de mantenimiento,uno por cada equipo.	CUMPLE	
* Garantizar la existencia de repuestos en el Mercado Nacional de por lo menos 10 años posteriores a la compra.	CUMPLE	

LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

Sr. Adolfo Maldonado
Encargado
Dirección Biomédica

* Especificar Marca, Modelo, Procedencia y año de fabricación.	CUMPLE	

Se informa que la oferta de la empresa **EXIMPAR S.R.L.**, cumple con las especificaciones técnicas del PBC.

TENIENDO EN CUENTA EL PRESENTE INFORME TÉCNICO SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN A LA EMPRESA **EXIMPAR S.R.L.** POR SER LA SEGUNDA MEJOR OFERTA Y REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

OCTAVO: SE DECLARAN DESIERTOS LOS ÍTEMS N° 1, 5, 6, 7 Y 8.

NOVENO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, y la oferta evaluada como la más baja, **este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:**

EMPRESA	ÍTEMS ADJUDICADOS	MONTO
ARGÓN S.R.L.	2, 9	3.728.498.-
CHACO INTERNACIONAL S.A.	3	6.000.000.-
EXIMPAR S.R.L.	4, 10	57.780.000.-
MONTO TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR		**67.508.498.-**

SON GUARANÍES EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO.----------

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (3) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.---

LIC. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ABOG. OSCAR ARZA
DIRECCIÓN GRAL. DE ASESORÍA JURÍDICA

SR. ADOLFO MALDONADO
DIRECCIÓN BIOMÉDICA D.G.G.I.E.S.