Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
																		del Dpto de control de calidad,en cuanto al diametro de la hebra .Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
INFINITY INTERNACIONAL S.A.	38	2692	11001700	42312201-005	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 0 C/AGUJA CILÍNDRICA DE 4 CM. VARIACIÓN DE +- 1 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	19.200	38.400	TAISIER MED	EGIPTO	12.089	464.217.600		15.493	-22%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto al diametro de la hebra , y a la sujeción de la hebra-aguja .Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
AO POTI S.A.	38	2692	11001700	42312201-005	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 0 C/AGUJA CILÍNDRICA DE 4 CM. VARIACIÓN DE +- 1 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	19.200	38.400	TRUSYNTH	INDIA	12.095	464.448.000		15.493	-22%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto alas dimensiones de las agujas. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR**
MEDICAL SUPLLY S.A.	38	2692	11001700	42312201-005	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 0 C/AGUJA CILÍNDRICA DE 4 CM. VARIACIÓN DE +- 1 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Calidad	19.200	38.400	TRUSYNTH	INDIA	12.200	468.480.000		15.493	-21%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto alas dimensiones de las agujas . Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
PROSALUD FARMA S.A.	38	2692	11001700	42312201-005	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 0 C/AGUJA CILÍNDRICA DE 4 CM. VARIACIÓN DE +- 1 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	19.200	38.400	DTEK	CHIPRE	13.203	506.995.200		15.493	-15%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a la sujeción de la hebra- aguja.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Gamiere
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Duelar
Abogada - Mat. N° 11.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Ing. Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

ROBERT FR... Dirección Ejecu... Contratos. D.G.M.I.S. - D.L.S.S. -

0001115

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
																		Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
TASSOS S.A.	38	2692	11001700	42312201-005	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 0 C/AGUJA CILÍNDRICA DE 4 CM. VARIACIÓN DE +- 1 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	19.200	38.400	ATRAMAT	MEXICO	15.625	600.000.000		15.493	1%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
NL PHARMA S.A.	38	2692	11001700	42312201-005	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 0 C/AGUJA CILÍNDRICA DE 4 CM. VARIACIÓN DE +- 1 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	19.200	38.400	SHALON	BRASIL	18.127	696.076.800		15.493	17%	**No Presenta Muestras** para el Comité Evaluador y para el Dpto de Contol de Calidad para su analisis. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
AS GROUP S.A.	38	2692	11001700	42312201-005	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 0 C/AGUJA CILÍNDRICA DE 4 CM. VARIACIÓN DE +- 1 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	19.200	38.400	B BRAUN - NOVOSYN	ESPAÑA	24.050	923.520.000		15.493	55%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y en cuanto a las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **NO ACEPTO ADECUAR SU PRECIO A LA OFERTA MAS BAJA.**
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	39	2716	11001667	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 7/O C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 9 MM 3/8 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	5.520	11.040	VITAL SUTURES	PERU	39.673	437.989.920		57.265	-31%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
NL PHARMA S.A.	39	2716	11001667	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 7/O C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 9 MM 3/8 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	5.520	11.040	SHALON	BRASIL	40.037	442.008.480		57.265	-30%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Encino Ovelar
Abogada - Mat. N° 10.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Marta E. Cantero
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
																		aguja y a la sujeción de la hebra- aguja . Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
PROMEPAR S.A.	39	2716	11001667	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 7/O C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 9 MM 3/8 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	5.520	11.040	ATRAMAT	MEXICO	40.442	446.479.680		57.265	-29%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a la sujeción de la hebra- aguja . Remítase al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
TASSOS S.A.	39	2716	11001667	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 7/O C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 9 MM 3/8 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	5.520	11.040	ATRAMAT	MEXICO	42.028	463.989.120		57.265	-27%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a la sujeción de la hebra- aguja .Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
INFINITY INTERNACIONAL S.A.	39	2716	11001667	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 7/O C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 9 MM 3/8 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	5.520	11.040	TAISIER MED	EGIPTO	42.572	469.994.880		57.265	-26%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remítirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
MEDICAL SUPLLY S.A.	39	2716	11001667	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 7/O C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 9 MM 3/8 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	5.520	11.040	TRULENE	INDIA	56.000	618.240.000		57.265	-2%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remítirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE**

ROBERT FRANCO
Sección Ejecución De Contratos.
D.G.M.I.S. – D.L.S.S. – I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Christiams Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enrico Duelar
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

sacosta

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
																		SUGIERE DESCALIFICAR.
AO POTI S.A.	39	2716	11001667	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 7/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 9 MM 3/8 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	5.520	11.040	TRULENE	INDIA	56.000	618.240.000		57.265	-2%	La muestra presentada NO CUMPLE con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja . Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
CODEX S.R.L.	39	2716	11001667	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 7/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 9 MM 3/8 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	5.520	11.040	COVIDIEN	RCA. DOMINICANA - BRASIL	65.850	726.984.000		57.265	15%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y conlas documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
BIOERIX S.A.	39	2716	11001667	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 7/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 9 MM 3/8 CÍRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	5.520	11.040	B BRAUN - SUTURAS OPTILENE	ESPAÑA	67.394	744.029.760		57.265	18%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
BIOERIX S.A.	40	2683	11001670	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 10 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	B BRAUN - SUTURAS OPTILENE	ESPAÑA	30.113	79.498.320		43.023	-30%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a la resistencia a la tension de dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
INFINITY INTERNACIONAL S.A.	40	2683	11001670	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TAISIER MED	EGIPTO	31.742	83.798.880		43.023	-26%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el

ROBERT GRANC
Sección Ejecución De Contratos.
D.G.S.M.I.S – D.L.S.S. – I.P.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.475

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía Oncológica y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Anciso Melar
Abogada - Mat. C.S.J. N° 11.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

0001116

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Item	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
					AGUJAS DE 10 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM.													PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
INPROMED S.A.	40	2683	11001670	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 10 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TAISIER MED	EGIPTO	32.159	84.899.760		43.023	-25%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	40	2683	11001670	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 10 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	VITAL SUTURES	PERU	35.151	92.798.640		43.023	-18%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
MEDICAL SUPLLY S.A.	40	2683	11001670	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 10 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TRULENE	INDIA	48.000	126.720.000		43.023	12%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
AO POTI S.A.	40	2683	11001670	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 10 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TRULENE	INDIA	48.000	126.720.000		43.023	12%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**

ROBERT ALFANO
Sección Ejecución De Contratos.
D.L.S.S. – I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Eduardo José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso
Abogada - Mat. N°
Dirección
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

sacosta

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
CODEX S.R.L.	40	2683	11001670	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 10 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA VARIACIÓN +- 0,2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	COVIDIEN	RCA. DOMINICANA - BRASIL	49.470	130.600.800		43.023	15%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.
PROMEPAR S.A.	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	ATRAMAT	MEXICO	16.666	43.998.240		38.235	-56%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
NL PHARMA S.A.	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	SHALON	BRASIL	18.333	48.399.120		38.235	-52%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto al diametro de la hebra y la resistencia a la tensión. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
INFINITY INTERNACIONAL S.A.	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TAISIER MED	EGIPTO	18.939	49.998.960		38.235	-50%	No presenta ~~presenta~~ muestras para el comité evaluador y para el Dpto de Control de Calidad para su analisis. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
INPROMED S.A.	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TAISIER MED	EGIPTO	26.496	69.949.440		38.235	-31%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a la muestra presenta Polipropileno N°5/0 y se solicita N° 3/0 . Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Garnierr.
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Batiso Juelar
Abogada - Mat. Nº 41.052
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRÚRGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
BIOERIX S.A	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	B BRAUN SUTURAS OPTILENE	ESPAÑA	28.787	75.993.680		38.235	-25%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **NO ACEPTO ADECUAR SU PRECIO A LA OFERTA MAS BAJA.**
MEDICAL SUPLLY S.A.	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TRULENE	INDIA	33.000	87.120.000		38.235	-14%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a la resistencia a la tensión. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
AO POTI S.A.	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TRULENE	INDIA	33.000	87.120.000		38.235	-14%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a la resistencia a la tensión. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	VITAL SUTURES	PERU	34.667	91.520.880		38.235	-9%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
CODEX S.R.L.	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	COVIDIEN	RCA. DOMINICANA - BRASIL	43.970	116.080.800		38.235	15%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christian Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enrique Ortiz
Abogada Mat. C.S.J.
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dra. Marta A. Coln.
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

RECEPTRAMCO
Dirección Ejecución de Contratos.
D.G.M.I.S. - D.L.S.S. - I.P.S.

0001113

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
					CÍRCULO 2/5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.													de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **NO ACEPTO ADECUAR SU PRECIO A LA OFERTA MAS BAJA.**
PROMEPAR S.A.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2/5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	5280	10560	ATRAMAT	MEXICO	26.846	283.493.760		38.235	-30%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
NL PHARMA S.A.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +-0,2 MM	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	5.280	10.560	SHALON	BRASIL	27.095	286.123.200		32.723	-17%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
INPROMED S.A.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	5.280	10.560	TAISIER MED	EGIPTO	27.285	288.129.600		32.723	-17%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y en cuanto a las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
INFINITY INTERNACIONAL S.A.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	5.280	10.560	TAISIER MED	EGIPTO	27.367	288.995.520		32.723	-16%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y en cuanto a las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Macíos
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Barrio Duarte
Abogada Mat. C.S.J.
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Marta E. Coll
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

RECEPCIÓN
Sección Recepción
Dpto. Contratos

0001112

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
																		Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
BIOERIX S.A.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	5.280	10.560	B BRAUN - SUTURAS OPTILENE	ESPAÑA	27.651	291.994.560		32.723	-15%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y en cuanto a las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	5.280	10.560	VITAL SUTURES	PERU	34.667	366.083.520		32.723	6%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
CODEX S.R.L.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	5.280	10.560	COVIDIEN	RCA. DOMINICANA - BRASIL	37.630	397.372.800		32.723	15%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.
MEDICAL SUPLLY S.A.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	5.280	10.560	TRULENE	INDIA	48.000	506.880.000		32.723	47%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y en cuanto a las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.
AO POTI S.A.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	5.280	10.560	TRULENE	INDIA	48.000	506.880.000		32.723	47%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 26.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Encina Duarte
Abogada Mat. C.S.J.
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dra. María B. Cabral
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

0001111

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	Observaciones
																		informe del Dpto de Control de Calidad.
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	43	9354	11001668	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA 10 MM 1/2 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	VITAL SUTURES	PERU	36.742	96.998.880		39.380	-7%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
INFINITY INTERNACIONAL S.A.	43	9354	11001668	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA 10 MM 1/2 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TAISIER MED	EGIPTO	37.367	98.648.880		39.380	-5%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
INPROMED S.A.	43	9354	11001668	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA 10 MM 1/2 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TAISIER MED	EGIPTO	37.708	99.549.120		39.380	-4%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
BIOERIX S.A.	43	9354	11001668	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA 10 MM 1/2 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	B BRAUN - SUTURAS OPTILENE	ESPAÑA	41.666	109.998.240		39.380	6%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
CODEX S.R.L.	43	9354	11001668	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA 10 MM 1/2 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	COVIDIEN	RCA. DOMINICANA - BRASIL	45.287	119.557.680		39.380	15%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 26.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Benicio Ortiz
Abogada - Mat. C.S.J.
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Dra. Marta E. Cabral
Dirección de Suministros Clínicos
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

DE CONTROL
Servicio Ejecución
D.G.M.I.S. - D.L.S.S. - I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRÚRGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
																		solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.Se **Sugiere Adjudicar.**
MEDICAL SUPLLY S.A.	43	9354	11001668	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA 10 MM 1/2 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TRULENE	INDIA	48.000	126.720.000		39.380	22%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad.
AO POTI S.A.	43	9354	11001668	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA 10 MM 1/2 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TRULENE	INDIA	48.000	126.720.000		39.380	22%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguj. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad.
INFINITY INTERNACIONAL S.A.	44	10225	11001666	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 8/0 C/ 2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 8 MM 3/8 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TAISIER MED.	EGIPTO	52.651	138.998.640		106.967	51%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
MEDICAL SUPLLY S.A.	44	10225	11001666	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 8/0 C/ 2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 8 MM 3/8 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TRULENE	INDIA	53.030	139.999.200		106.967	-50%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a la longitud de la hebra , resistencia a la tension y a la sujecion de la hebra -aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
AO POTI S.A.	44	10225	11001666	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 8/0 C/ 2	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TRULENE	INDIA	53.030	139.999.200		106.967	-50%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Caniero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Ovelar
Abogada - Mat. N° 11052
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

2023-05-21 09:23:32.2883

0001103