Acta del Comité de Evaluación Nº 08/2021

INISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Programa de Desarrollo Infantil Temprano – PR-L1051
Convenio de Préstamo BID 2667/OC-PR

Licitación Pública Internacional N° 02/2020
"Adquisición de equipos médicos y mobiliarios para 18 USF" ID N° 385.030

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, se reúnen en las oficinas del Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Contrato de Préstamo 2667/OC-PR, sito en la calle Azara 477 entre México y Caballero, los miembros del Comité de Evaluación aprobado por Resolución SG N° 524 de fecha 21/10/2020, a los efectos de iniciar la revisión y análisis de las ofertas recibidas en el marco de la **LPI N° 02/2020 "Adquisición de equipos médicos y mobiliarios para 18 USF" ID N° 385.030** para determinar el cumplimiento en el aspecto legal, técnico y económico.

Los lineamientos del presente llamado se rigen por las Políticas y Procedimientos de Adquisiciones de Bienes y Obras (GN-2349-9), numeral 3.2, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Al efecto se encuentran presentes los miembros designados del Comité de Evaluación:

- **Abg. José Benítez**, representante de la Asesoría Jurídica del MSPBS;
- **Abg. Gustavo Cardozo**, representante del Programa de Desarrollo Infantil Temprano;
- **C.P. Lourdes Ortiz**, representante del Programa de Desarrollo Infantil Temprano;
- **Dr. Bernardo Sánchez**, representante del Programa de Desarrollo Infantil Temprano;
- **Ing. Ramiro Godoy**, representante del Programa de Desarrollo Infantil Temprano.

El presente informe fue desarrollado conforme al siguiente esquema:

1. **Antecedentes**
2. **Apertura de Ofertas**
3. **Procedimiento de Evaluación**
4. **Resumen de Evaluación**
5. **Recomendación**

1. ANTECEDENTES

1.1. PAC N°: 385.030.

1.2. SEPA N°: PR-L1051-582-LPI-B

1.3. NO OBJECIÓN: El Banco Interamericano de Desarrollo ha otorgado su No Objeción a los documentos, según nota CPR/C/2020/1416 del 24/09/2020.

1.4. APROBACION: el Pliego de Bases y Condiciones fue aprobado por Resolución SG N° 524 de fecha 21/10/2020. Modificado por Resolución SG N° 761 de fecha 30/12/2020.

1.5. PUBLICACION: La Unidad de Gestión del Programa, ha comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) el inicio del Llamado, según nota del 12 de enero de 2021.

1.6. El llamado fue publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y ha sido difundido en el diario LA NACION los días sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de enero de 2021. Y en el portal devbisines.un.org de las Naciones Unidas.

1.7. Memorándum A.J. N° 360/2021, por lo cual la Dirección General de Asesoría Jurídica designa al Abogado José Benítez como representante de dicha Dirección.

1.8. Durante la convocatoria se han emitido las ACLARATORIA N° 1 y ADENDA N° 1 en respuesta a las consultas de los oferentes.

1.9. NO OBJECIÓN: El Banco Interamericano de Desarrollo ha otorgado su No Objeción a la ACLARATORIA N° 1 y ADENDA N° 1, según nota CPR/C/2021/330 del 23/02/2021.

1.10. SISTEMA DE ADJUDICACION: Por Ítem.

1.11. PRECIOS REFERENCIALES PUBLICADO EN EL PORTAL DE LA DNCP.

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Acta del Comité de Evaluación Nº 08/2021

LOTE 1					
N°	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIOS REFERENCIALES	CANTIDAD	MONTO TOTAL	MONTO TOTAL DEL LOTE
1	Balanza para bebe con bandeja	1.540.000	18	27.720.000	
2	Balón de oxígeno medicinal de 6 m3	2.420.000	18	43.560.000	
3	Regulador y reductor de oxígeno portátil (manómetro)	638.000	18	11.484.000	
4	Aspirador de secreciones eléctrico portátil	2.420.000	18	43.560.000	
5	Juego de laringoscopio tamaño adulto	1.705.000	18	30.690.000	
6	Juego de laringoscopio tamaño pediátrico	2.530.000	18	45.540.000	
7	Balanza de pie con tallimetro	2.090.000	18	37.620.000	
8	Detector fetal ultrasónico	825.000	18	14.850.000	
9	Estufa para Esterilización 80 litros	10.890.000	18	196.020.000	
10	Desfibrilador externo automático	13.640.000	18	245.520.000	
11	Carro paro	5.335.000	18	96.030.000	
12	Equipo de Diagnóstico (Otoscopio, oftalmoscopio)	2.112.000	18	38.016.000	946.440.000
13	Resucitador manual adulto	396.000	18	7.128.000	
14	Resucitador manual pediátrico	396.000	18	7.128.000	
15	Set de instrumental para inserción de DIU	1.540.000	18	27.720.000	
16	Espéculo vaginal grande	121.000	36	4.356.000	
17	Espéculo vaginal mediano	121.000	36	4.356.000	
18	Espéculo vaginal pequeño	121.000	36	4.356.000	
19	Caja de cirugía menor	803.000	18	14.454.000	
20	Caja de curación	473.000	18	8.514.000	
21	Tambor de acero inoxidable	539.000	18	9.702.000	
22	Tallímetro o cartabón	242.000	18	4.356.000	
23	Caja de cuello	1.320.000	18	23.760.000	

LOTE 2					
N°	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIOS REFERENCIALES	CANTIDAD	MONTO TOTAL	MONTO TOTAL DEL LOTE
1	Camilla fija	682.000	36	24.552.000	
2	Portasuero rodante de 2 servicios	220.000	18	3.960.000	
3	Lámpara portátil cuello de cisne	458.000	18	8.244.000	
4	Carro para curaciones	572.000	18	10.296.000	
5	Camilla con ruedas y baranda	2.200.000	18	39.600.000	
6	Camilla ginecológica fija	1.188.000	18	21.384.000	
7	Escalera de metal para pacientes	220.000	54	11.880.000	
8	Linterna para examen médico	121.000	18	2.178.000	183.414.600
9	Esfigmomanómetro aneroide con manguito pediátrico	209.000	36	7.524.000	
10	Esfigmomanómetro aneroide con mango para adulto	165.000	36	5.940.000	
11	Estetoscopio para Adultos	330.000	36	11.880.000	
12	Estetoscopio para uso pediatrico	330.000	18	5.940.000	
13	Estetoscopio de pinard	84.700	18	1.524.600	
14	Oxímetro de pulso	297.000	18	5.346.000	
15	Balde de acero con tapa a pedal	297.000	18	5.346.000	
16	Biombo de 3 cuerpos	495.000	36	17.820.000	

Ramiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. Nº 35

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

ABG. JOSÉ M. BENÍTEZ AQUINO
Jefe del Depto. de Asesoría Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Acta del Comité de Evaluación Nº 08/2021

LOTE 3					
N°	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIOS REFERENCIALES	CANTIDAD	MONTO TOTAL	MONTO TOTAL DEL LOTE
1	Butaca giratoria metal	440.000	72	31.680.000	
2	Estante metálico abierto	501.600	54	27.086.400	
3	Mesa de escritorio con 3 cajones	783.750	72	56.430.000	
4	Silla giratoria	539.000	72	38.808.000	
5	Silla tanden de 3 cuerpos en acero cromado para sala de espera	1.760.000	72	126.720.000	
6	Silla fija	292.600	216	63.201.600	
7	Alacena	719.400	36	25.898.400	
8	Perchero para abrigos y ropas.	158.950	72	11.444.400	
9	Pizarra acrilica	396.000	18	7.128.000	
10	Franelógrafo	160.000	18	2.880.000	**815.120.000**
11	Vitrina para medicamentos	1.859.000	36	66.924.000	
12	Vitrina metálica de 2 cuerpos con llave para consultorio	1.705.000	72	122.760.000	
13	Armario con puerta batiente	694.100	72	49.975.200	
14	Juego de comedor	1.650.000	18	29.700.000	
15	Heladeras Verticales	3.575.000	22	78.650.000	
16	Televisor pantalla plana de 43"	2.200.000	18	39.600.000	
17	Balde plástico mediano	22.000	36	792.000	
18	Cocina a gas	1.045.000	18	18.810.000	
19	Basureros mediano de plástico	154.000	108	16.632.000	

VER ANEXO I

2. APERTURA DE OFERTAS

En fecha 11 de marzo de 2021, siendo las 9:45 hs. y conforme lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones se da por cerrado el plazo para la recepción de las ofertas.

Posteriormente, siendo las 10:00 horas en la oficina de la Unidad Gerencial del Programa sito en Azara N° 477 entre México y Caballero, de conformidad a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres, de los 6 (seis) sobres de Ofertas presentadas y se detalla la información leída en el acto de apertura:

Ramiro P. Caldoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

ABG. JORGE [illegible] AQUINO
Jefe [illegible] Gerencial
[illegible] Jurídica
M.S.P. y B.S.

Acta del Comité de Evaluación Nº 08/2021

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051)
LPI N° 02/2020 "Adquisición de equipos médicos y mobiliarios para 18 USF" – ID 385.030

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 10:00 horas del día once de marzo del año dos mil veintiuno, en las oficinas del Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo BID 2667/OC-PR, sito en la calle Azara 477 entre México y Caballero, se da inicio al acto de apertura de Sobres-Ofertas del proceso Licitación Pública Internacional N° 02/2020 "Adquisición de equipos médicos y mobiliarios para 18 USF" – ID 385.030.

Asisten al presente acto, las siguientes personas: Lourdes Ortiz y Gustavo Cardozo en representación del Programa de Desarrollo Infantil Temprano, así como, los representantes de las empresas que presentaron ofertas.

El presente procedimiento se rige por las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9.

En este sentido, el numeral 2.45 dispone en su parte pertinente: "... Al momento de abrir cada oferta, se deben leer en voz alta y deben publicarse por medios electrónicos cuando se haya utilizado una licitación de este tipo y registrar en un acta, el nombre del oferente y el precio total de cada oferta y de cualesquiera ofertas alternativas, si se las hubiese solicitado o se hubiese permitido presentarlas...".

Conforme lo anterior se pasa a leer en voz alta el nombre de los oferentes que presentaron ofertas

1. HANDRUG Ingeniería (presenta 1 original y dos copias)
2. MEGA Service S.R.L. (presenta un original y una copia)
3. M&F Industrial y Comercial Representaciones S.A. (presenta un original y una copia)
4. NM Diseños de Nélida Mendoza (presenta un original y una copia)
5. A & C S.R.L. (presenta un original)
6. ARGON S.R.L. (presenta un original y dos copias)

Además, el precio por cada lote ofertado que se detalla en la siguiente planilla:

Empresas	Lote N° 1 Monto Total (IVA Incluido)	Lote N° 2 Monto Total (IVA Incluido)	Lote N° 3 Monto Total (IVA Incluido)
1. HANDRUG Ingeniería	Gs. 920.486.880	No Cotiza	Gs. 814.999.335
2. MEGA Service S.R.L.	No Cotiza	No Cotiza	Gs. 826.918.400
3. M&F Industrial y Comercial Representaciones S.A.	No Cotiza	Gs. 219.420.000	Gs. 1.289.028.000
4. NM Diseños de Nélida Mendoza	No Cotiza	No Cotiza	Gs. 845.896.000
5. A & C S.R.L.	No Cotiza	No Cotiza	Gs. 776.902.000
6. ARGON S.R.L.	No Cotiza	Gs. 280.000.080	No Cotiza

M&F Industrial Comercial Representaciones S.A.
Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

ABG. MARIA REPETTO AQUINO
Jefa de Departamento Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Ramiro F. Conde y Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N°35

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

PORÃVE Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Las ofertas serán remitidas al Comité de Evaluación para el análisis correspondiente y ninguna información acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas deberá darse a conocer a los oferentes ni a personas que no estén involucradas en este proceso, luego de la apertura pública de las ofertas conforme a lo indicado en el numeral 2.47 de las Políticas GN-2349-9.

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el acto de apertura de ofertas, siendo las 10:40 horas, suscribiendo el presente en un ejemplar original en señal de conformidad.

Lourdes Ortiz Programa 2667/OC-PR	Gustavo Cardozo Programa 2667/OC-PR	Sr. Luis Mendoza CI N° 1.714.207 NM DISEÑOS
Sr. José Ruiz Diaz CI N° 3.549.030 AYC S.R.L.	Sra. Gloria Sosa CI N° 3.993.593 MEGA Service S.R.L.	Sr. Héctor Díaz CI N° 3.212.997 MYF S.A.
Sr. Félix Ojeda CI N° 4.306.960 ARGON S.R.L.		

En el acto se procedió a la lectura del nombre de los oferentes y el monto total de su oferta por cada lote. No habiendo observaciones, en prueba de conformidad, firman conjuntamente los representantes de la Unidad de Gestión del Programa y los representantes de las empresas oferentes.

3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El Comité de Evaluación ha tenido en cuenta el inicio de la evaluación de conformidad a lo estipulado en la ***Parte I. Sección I. Instrucciones a los Oferentes***, letra ***E. Evaluación y Comparación de Ofertas.***

Al evaluar una oferta el Comité de Evaluación tuvo en cuenta:

- ✓ en el caso de Bienes producidos en el país del Comprador, los impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre los Bienes si el Contrato es adjudicado al Oferente;
- ✓ en el caso de bienes no producidos en el país del Comprador, previamente importados o a ser importados, los derechos de aduana y otros impuestos a la importación, impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre los Bienes si el Contrato es adjudicado al Oferente.

La resolución de aprobación, las publicaciones, las consultas y aclaraciones y el acta de apertura de sobres, forman parte del presente informe como **ANEXOS.**

3.1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

1. HANDRUG Ingeniería	Gs. 920.486.880	No Cotiza	Gs. 814.999.335
2. MEGA Service S.R.L.	No Cotiza	No Cotiza	Gs. 826.918.400
3. M&F Industrial y Comercial Representaciones S.A.	No Cotiza	Gs. 219.420.000	Gs. 1.189.028.000

Dr. Bernardo Sánchez Torres Médico-Cirujano Reg. Prof. No. 2399

Abg. Gustavo M. Cardozo M. Mat. C.S.J. Nº 30152

Acta del Comité de Evaluación Nº 08/2021

4. NM Diseños de Nélida Mendoza	No Cotiza	No Cotiza	Gs. 845.896.000
5. A & C S.R.L.	No Cotiza	No Cotiza	Gs. 776.902.000
6. ARGON S.R.L.	No Cotiza	Gs. 280.000.080	No Cotiza

VER ANEXO I

3.2 VERIFICACION DE DOCUMENTACION

Posteriormente, atendiendo lo dispuesto la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación y los criterios de evaluación establecidos en el PBC, se procedió a realizar la verificación y análisis de la documentación presentada por los oferentes.

A continuación, se presentan los criterios analizados y su grado de cumplimiento:

ELEGIBILIDAD

FACTORES	HANDRUG INGENIERIA	MEGA SERVICE S.R.L.	M&F COMERCIAL Y INDUSTRIAL REPRESENTACIONES S.A.	NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA	AC S.R.L.	ARGON S.R.L.
Formulario de Información del Oferente	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Formulario de Presentación de Oferta	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Formulario de Listas de Precios	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Lista de Precios: Bienes de origen fuera del Pais del Comprador previamente importados	NO APLICA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Lista de Precios: Bienes de origen en el País del Comprador	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Precio y Cronograma de cumplimiento - Servicios Conexos	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Declaración de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CAPACIDAD LEGAL

FACTORES	HANDRUG INGENIERIA	MEGA SERVICE S.R.L.	M&F COMERCIAL Y INDUSTRIAL REPRESENTACIONES S.A.	NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA	AC S.R.L.	ARGON S.R.L.
Fotocopia de los documentos que acrediten la existencia legal de la empresa tales como Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales, inscripto en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos	CUMPLE SIPE 1632842	CUMPLE SIPE 1632835	CUMPLE SIPE 1632801	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia del poder otorgado por Escritura Pública y los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas	CUMPLE SIPE 1632842	CUMPLE SIPE 1632835	CUMPLE SIPE 1632801	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE	CUMPLE SIPE 1632835	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y artículo 20 inciso w, de la Ley Nº 2051. No estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar con el Estado Paraguayo.	CUMPLE	CUMPLE SIPE 1632835	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia del Certificado de Cumplimiento Tributario para oferentes domiciliados en Paraguay	CUMPLE SIPE 1632842	CUMPLE SIPE 1632835	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Los oferentes deberán presentar documentos por la cual acredita que es fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay de las marcas de los bienes ofertados, a dicho efecto deberá presentar la Carta de Autorización Original o fotocopia autenticada ante Escribanía Pública/Notario Público competente:	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a) **Para los Fabricantes:** Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado y poseer un representante en el país del comprador para asistencia técnica 24/7 y provisión de repuestos	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA

Dr. Bernardo Sánchez Cirujano Médico Reg. Prof. N°
Ramiro F. Ch... Ingeniero Civil Reg. N°
Abg. Gustavo M. Cardozo M. Mat. C.S.J. Nº 30152

Acta del Comité de Evaluación Nº 08/2021

b) Para los Representantes o Distribuidores: Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante y poseer un representante en el país del comprador para asistencia técnica 24/7 y provisión de repuestos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
Solo para bienes Equipos o Dispositivos Médicos: i) Certificado de comercialización vigente o en trámite de renovación expedido por el MSPYBS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
El plazo de validez de la oferta será de 120 días.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
La oferta deberá incluir una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, utilizando el Formulario incluido en la Sección IV Formularios de la Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

VER ANEXO V

3.2.1 Aclaración de ofertas.

Empresas	Respuesta de las Empresas
Nota UGP 325 a HANDRUG INGENIERIA	La empresa responde en tiempo y forma las ampliaciones de informaciones realizadas.
Nota UGP 327 a AYC S.R.L.	La empresa responde en tiempo y forma las ampliaciones de informaciones realizadas.
Nota UGP 328 y 415 a MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.	La empresa responde en tiempo y forma las ampliaciones de informaciones realizadas.

Observaciones

Las firmas han respondido en tiempo las ampliaciones de información solicitadas

a) **Capacidad financiera**: Documentos que acrediten la capacidad financiera del oferente: **Nacionales:** De los Balances Generales presentados a la SET (años 2017, 2018, 2019) verificados a través del SIPE y/o presentados por el Oferente, se consideraran los siguientes índices: a) Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años b) Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años c) Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital El promedio en los últimos 3 años no deberá ser negativo.

CAPACIDAD FINANCIERA						
FACTORES	HANDRUG INGENIERIA	MEGASERVICE.	M&F COMERCIAL Y INDUSTRIAL REPRESENTACIONES S.A.	NM DISEÑOS	A&C S.R.L.	ARGON S.R.L.
Balances Presentados a la SET (años 2017, 2018 2019)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ratio de Liquidez: igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años.	10,87	1,55	10,55	1.76	1,86	6,44
Endeudamiento: No deberá ser mayor a 0,80, en promedio, en los 3 últimos años.	0,07	0,61	0,08	0,56	0,31	0,33
Rentabilidad: no deberá ser negativo, en promedio, en los 3 últimos años.	68%	52%	38%	8%	29%	16.90%

El detalle del análisis de la capacidad financiera fue por el Abog Gustavo Cardozo y forma parte del presente informe como **ANEXO II.**

En este punto, El Comité ha remitido a la firma HANDRUG INGENIERIA la Nota UGP N° 325/2021, por la cual se le solicitó ampliar información sobre Balance General (CAPACIDAD FINANCIERA: Documentos que acrediten la capacidad financiera del oferente: Nacionales: De los Balances Generales presentados a la SET (años 2017, 2018, 2019) verificados a través del SIPE y/o presentados por el Oferente, se considerarán los siguientes índices: a) Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 años b) Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 años c) Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital El promedio en los 3 años no deberá ser negativo.

El Oferente HANDRUG INGENIERIA ha remitido lo solicitado pudiendo determinarse los ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad, conforme lo establecido en las bases y condiciones.

Dr. Bernardo Sánchez Torres Médico-Cirujano Reg. Prof. No. 2990
Lourdes D. Ortiz Cuellar Especialista en Adquisiciones
Ramirez Valdez Achon Ingeniero Biomedico Reg. Nº 35
Abg. Gustavo A. Cardozo Mat. C.S. 2152

Acta del Comité de Evaluación Nº 08/2021

b) **Experiencia y Capacidad Técnica**: El oferente deberá presentar contratos o factura de compra con la recepción respectiva del cliente o contrato con su respectiva certificación de satisfacción del cliente, que acrediten tener experiencia en la provisión de los bienes similares correspondiente a los últimos 3 años (2017; 2018 y 2019), y que en promedio total de facturación sea el 50% del monto total de su oferta.

RESUMEN

FACTORES	HANDRUG INGENIERIA	MEGASERVICE	M&F COMERCIAL Y INDUSTRIAL REPRESENTACIONES S.A.	NM DISEÑOS.	AYC S.R.L	ARGON S.R.L.
Factura de Compra con la Recepción respectiva del cliente o contrato con su respectiva certificación de satisfacción del cliente	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

El detalle del análisis de la experiencia y capacidad técnica forma parte del presente informe como **ANEXO III.**

HANDRUG INGENIERIA.

El Comité ha remitido a la firma HANDRUG INGENIERIA la Nota UGP N° 325/2021, por la cual se le solicitó presentar documentaciones respaldatorias. (El oferente deberá presentar contratos o factura de compra con la recepción respectiva del cliente o contrato con su respectiva certificación de satisfacción del cliente).

El comité ha analizado las documentaciones remitidas, examinado los mismos se ha podido comprobar que el promedio total de facturación no alcanza el 50% del monto total de su oferta, conforme lo establece las bases y condiciones.

El Comité de Evaluación decide rechazar la oferta correspondiente a la firma **HANDRUG INGENIERIA**. considerando que, no cumple con la experiencia solicitada en las bases y condiciones.

MYF COMERCIAL Y INDUSTRIAL REPRESENTACIONES S.A.

El Comité ha remitido a la firma MYF COMERCIAL Y INDUSTRIAL REPRESENTACIONES S.A. la Nota UGP N° 328/2021, por la cual se le solicitó presentar documentaciones respaldatorias. (El oferente deberá presentar contratos o factura de compra con la recepción respectiva del cliente o contrato con su respectiva certificación de satisfacción del cliente).

El comité ha analizado las documentaciones remitidas, examinado los mismos se ha podido comprobar que el promedio total de facturación supera el 50% del monto total de su oferta, conforme lo establece las bases y condiciones. **CUMPLE** con la experiencia solicitada en las bases y condiciones.

c) El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre el cumplimiento de los Bienes que ofrece con los siguientes requisitos de utilización.

CONFORMIDAD DE LOS BIENES

FACTORES	HANDRUG INGENIERIA	MEGASERVICE.	M&F COMERCIAL Y INDUSTRIAL REPRESENTACIONES S.A..	NM DISEÑOS..	AYC S.R.L.	ARGON S.R.L.
Ficha técnica con especificaciones técnicas de los bienes ofertados, serán valorados catálogos u otras fuentes de verificación de cumplimiento.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

El detalle del análisis de la conformidad de los bienes forma parte del presente informe como **ANEXO IV.** Elaborado por el Ing. Ramiro Godoy y el Dr. Bernardo Sánchez

LOTE 1- HANDRUG INGENIERIA.

El Comité ha remitido a la firma HANDRUG INGENIERIA la Nota UGP N° 325/2021, por la cual se le solicitó ampliar información y presentar la autorización emitida por el MSPBS para importación de equipos médicos (Para equipos o dispositivos médicos los oferentes deberán presentar i) Certificado de

Dr. Bernardo Sánchez Torres Médico-Cirujano Reg. Prof. N° 3[illegible]

Ramiro F. Godoy [illegible] Ingeniero Biomédico Reg. N° 35

Abg. Gustavo M. Cardozo M. Mat. C.S.J. N° 30452

Acta del Comité de Evaluación Nº 08/2021

comercialización vigentes o en trámite de renovación, expedido por el MSPYBS. (oferentes domiciliados en Paraguay) o su equivalente para oferentes no domiciliados en Paraguay.)

No serán aceptados documentos vencidos o con controversia en su expedición o su renovación.

El comité ha analizado las documentaciones remitidas, examinado los mismos se ha podido comprobar que el documento presentado es una autorización temporal N° 102/2020, con vigencia hasta 22/08/2020.

El Comité de Evaluación decide rechazar la oferta correspondiente a la firma **HANDRUG INGENIERIA.** considerando que, No Cumple con el requisito establecido en las bases y condiciones.

Además, se ha observado que algunas de las Especificaciones Técnicas del citado LOTE no cumplen con lo solicitado en las EETT

Lote 2- MYF COMERCIAL Y INDUSTRIAL REPRESENTACIONES S.A.

El Comité ha remitido a la firma MYF COMERCIAL Y INDUSTRIAL REPRESENTACIONES S.A. la Nota UGP N° 328 y 415/2021, por la cual se le solicitó ampliar información y presentar la autorización emitida por el MSPBS para importación de equipos médicos (Para equipos o dispositivos médicos los oferentes deberán presentar i) Certificado de comercialización vigentes o en trámite de renovación, expedido por el MSPYBS. (oferentes domiciliados en Paraguay) o su equivalente para oferentes no domiciliados en Paraguay.)

No serán aceptados documentos vencidos o con controversia en su expedición o su renovación

El comité ha analizado las documentaciones remitidas, examinado los mismos se ha podido comprobar que el documento presentado es una Autorización de Apertura N° 384/2020, con vigencia hasta 04/12/2025

El Comité de Evaluación indica que **CUMPLE** conforme lo establecido en las bases y condiciones

Lote 3- A&C S.R.L.

El Comité ha remitido a la firma A&C S.R.L., la Nota UGP N° 327/2021, por la cual se le solicitó ampliar información conforme a lo establecido en el PBC punto 29. Aclaración de las Ofertas29.1, para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y pos-calificación de las ofertas, el Comprador podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones sobre su oferta. No se considerarán aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La solicitud de aclaración por el Comprador y la respuesta deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios o a la esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Comprador en la evaluación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO

El comité ha analizado las documentaciones remitidas, examinado los mismos se ha podido comprobar que el documento presentado **CUMPLE** conforme lo establecido en las bases y condiciones

Ximira F. Goddy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

ABG. [illegible] QUINO
[illegible] Contractual
Dirección [illegible] Jurídica
M.S.P. y B.S.

Acta del Comité de Evaluación Nº 08/2021

4. DETALLE DEL ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES Y CONDICIONES

LOTE 1-						% Variación	
DECRIPCION	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	(ADJ. vs. REF.)	JUSTIFICACION
Balanza para bebe con bandeja	1.540.000	18	27.720.000	1.523.200	27.417.600		
Balón de oxígeno medicinal de 6 m3	2.420.000	18	43.560.000	2.240.000	40.320.000		
Regulador y reductor de oxígeno portátil (manómetro)	638.000	18	11.484.000	768.000	13.824.000		
Aspirador de secreciones eléctrico portátil	2.420.000	18	43.560.000	816.000	14.688.000		
Juego de laringoscopio tamaño adulto	1.705.000	18	30.690.000	141.400	2.545.200		
Juego de laringoscopio tamaño pediátrico	2.530.000	18	45.540.000	141.400	2.545.200		
Balanza de pie con tallimetro	2.090.000	18	37.620.000	1.656.000	29.808.000		
Detector fetal ultrasónico	825.000	18	14.850.000	544.000	9.792.000		
Estufa para Esterilización 80 litros	10.890.000	18	196.020.000	11.440.000	205.920.000		
Desfibrilador externo automático	13.640.000	18	245.520.000	15.558.400	280.051.200		
Carro paro	5.335.000	18	96.030.000	4.896.000	88.128.000		**HANDRUG INGENIERIA** , presenta la unica oferta , evaluada no cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion. NO CUMPLE, con las exigencias de las EETT y el comité recomienda declarar desierto
Equipo de Diagnóstico (Otoscopio, oftalmoscopio)	2.112.000	18	38.016.000	1.800.000	32.400.000	-8	
Resucitador manual adulto	396.000	18	7.128.000	598.400	10.771.200		
Resucitador manual pediátrico	396.000	18	7.128.000	598.400	10.771.200		
Set de instrumental para inserción de DIU	1.540.000	18	27.720.000	1.430.000	25.740.000		
Espéculo vaginal grande	121.000	36	4.356.000	130.560	4.700.160		
Espéculo vaginal mediano	121.000	36	4.356.000	130.560	4.700.160		
Espéculo vaginal pequeño	121.000	36	4.356.000	130.560	4.700.160		
Caja de cirugía menor	803.000	18	14.454.000	800.000	14.400.000		
Caja de curación	473.000	18	8.514.000	435.200	7.833.600		
Tambor de acero inoxidable	539.000	18	9.702.000	560.000	10.080.000		
Tallímetro o cartabón	242.000	18	4.356.000	489.600	8.812.800		
Caja de cuello	1.320.000	18	23.760.000	1.372.800	24.710.400		
			946.440.000		874.658.880		

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 1994

Ramiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. Nº 35

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

ABG. JOSÉ M. BENÍTEZ AQUINO
Jefe del Dpto. de Verificación Ejecutivo
Dirección General de Consultoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Acta del Comité de Evaluación Nº 08/2021

LOTE 2-							
DECRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	% Variación (ADJ. vs. REF.)	JUSTIFICACION
Camilla fija	36	682.000	24.552.000	670.000	24.120.000	20	MYF INDUSTRIAL. COMERCIAL REPRESENTACIONES S.R.L. , presenta la oferta mas baja , evaluada cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion . CUMPLE, con las exigencias de las EETT y el comité recomienda su adjudicacion
Portasuero rodante de 2 servicios	18	220.000	3.960.000	230.000	4.140.000		
Lámpara portátil cuello de cisne	18	458.000	8.244.000	490.000	8.820.000		
Carro para curaciones	18	572.000	10.296.000	495.000	8.910.000		
Camilla con ruedas y baranda	18	2.200.000	39.600.000	1.900.000	34.200.000		
Camilla ginecológica fija	18	1.188.000	21.384.000	1.100.000	19.800.000		
Escalera de metal para pacientes	54	220.000	11.880.000	215.000	11.610.000		
Linterna para examen médico	18	121.000	2.178.000	345.000	6.210.000		
Esfigmomanómetro aneroide con manguito pediátrico	36	209.000	7.524.000	375.000	13.500.000		
Esfigmomanómetro aneroide con mango para adulto	36	165.000	5.940.000	285.000	10.260.000		
Estetoscopio para Adultos	36	330.000	11.880.000	918.000	33.048.000		
Estetoscopio para uso pediatrico	18	330.000	5.940.000	918.000	16.524.000		
Estetoscopio de pinard	18	84.700	1.524.600	56.000	1.008.000		
Oxímetro de pulso	18	297.000	5.346.000	290.000	5.220.000		
Balde de acero con tapa a pedal	18	297.000	5.346.000	245.000	4.410.000		
Biombo de 3 cuerpos	36	495.000	17.820.000	490.000	17.640.000		
			183.414.600		219.420.000		

Ramiro F. Cadoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. Nº 35

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

Abg. [illegible] Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Acta del Comité de Evaluación Nº 08/2021

LOTE 3-							
DECRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	% Variación (ADJ. vs. REF.)	JUSTIFICACION
Butaca giratoria metal	72	440.000	31.680.000	418.000	30.096.000	-5	A&C S.R.L. , presenta la oferta mas baja , evaluada cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion . CUMPLE, con las exigencias de las EETT y el comité recomienda su adjudicacion
Estante metálico abierto	54	501.600	27.086.400	476.520	25.732.080		
Mesa de escritorio con 3 cajones	72	783.750	56.430.000	744.560	53.608.320		
Silla giratoria	72	539.000	38.808.000	512.050	36.867.600		
Silla tanden de 3 cuerpos en acero cromado para sala	72	1.760.000	126.720.000	1.672.000	120.384.000		
Silla fija	216	292.600	63.201.600	277.970	60.041.520		
Alacena	36	719.400	25.898.400	683.430	24.603.480		
Perchero para abrigos y ropas.	72	158.950	11.444.400	151.000	10.872.000		
Pizarra acrilica	18	396.000	7.128.000	376.200	6.771.600		
Franelógrafo	18	160.050	2.880.900	152.000	2.736.000		
Vitrina para medicamentos	36	1.859.000	66.924.000	1.766.050	63.577.800		
Vitrina metálica de 2 cuerpos con llave para consultorio	72	1.705.000	122.760.000	1.619.750	116.622.000		
Armario con puerta batiente	72	694.100	49.975.200	694.100	49.975.200		
Juego de comedor	18	1.650.000	29.700.000	1.567.500	28.215.000		
Heladeras Verticales	22	3.575.000	78.650.000	3.396.250	74.717.500		
Televisor pantalla plana de 43"	18	2.200.000	39.600.000	2.090.000	37.620.000		
Balde plástico mediano	36	22.000	792.000	22.000	792.000		
Cocina a gas	18	1.045.000	18.810.000	992750	17.869.500		
Basureros mediano de plástico	108	154.000	16.632.000	146300	15.800.400		
			815.120.900		776.902.000		

Ismiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. Nº 35

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

Abg. JOSÉ D. PERTILE AQUINO
Jefe de Dpto. de Contrataciones
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Acta del Comité de Evaluación Nº 08/2021

5. RECOMENDACIÓN

En el LOTE 1, que teniendo en cuenta que el proceso contempla un sistema de adjudicación **POR EL TOTAL**, la adjudicación no se podrá realizar de manera parcial, por lo que sugiere tener en cuenta para un nuevo llamado, establecer un sistema de adjudicación por ítem.

En conclusión, finalizado el análisis legal, técnico y económico de las ofertas presentadas, en el llamado a LPI N° 02/2020 "Adquisición de mobiliarios y equipamientos médicos 18 USF" ID N° 385.030, en Comité de Evaluación recomienda:

DECLARAR DESIERTO el lote 1 y ADJUDICAR el Lote 2 y el Lote 3 conforme a las siguientes firmas:

MYF INDUSTRIAL, COMERCIAL Y REPRESENTACIONES S.A.

LOTE 2-			
DECRIPCION	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
Camilla fija	670.000	36	24.120.000
Portasuero rodante de 2 servicios	230.000	18	4.140.000
Lámpara portátil cuello de cisne	490.000	18	8.820.000
Carro para curaciones	495.000	18	8.910.000
Camilla con ruedas y baranda	1.900.000	18	34.200.000
Camilla ginecológica fija	1.100.000	18	19.800.000
Escalera de metal para pacientes	215.000	54	11.610.000
Linterna para examen médico	345.000	18	6.210.000
Esfigmomanómetro aneroide con manguito pediátrico	375.000	36	13.500.000
Esfigmomanómetro aneroide con mango para adulto	285.000	36	10.260.000
Estetoscopio para Adultos	918.000	36	33.048.000
Estetoscopio para uso pediatrico	918.000	18	16.524.000
Estetoscopio de pinard	56.000	18	1.008.000
Oxímetro de pulso	290.000	18	5.220.000
Balde de acero con tapa a pedal	245.000	18	4.410.000
Biombo de 3 cuerpos	490.000	36	17.640.000
TOTAL (IVA incluido)			219.420.000

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. Nº 2994

Ing. Jorge F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

Acta del Comité de Evaluación Nº 08/2021

A&C S.R.L.

LOTE 3-			
DECRIPCION	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
Butaca giratoria metal	418.000	72	30.096.000
Estante metálico abierto	476.520	54	25.732.080
Mesa de escritorio con 3 cajones	744.560	72	53.608.320
Silla giratoria	512.050	72	36.867.600
Silla tanden de 3 cuerpos en acero cromado para sala de espera	1.672.000	72	120.384.000
Silla fija	277.970	216	60.041.520
Alacena	683.430	36	24.603.480
Perchero para abrigos y ropas.	151.000	72	10.872.000
Pizarra acrilica	376.200	18	6.771.600
Franelógrafo	152.000	18	2.736.000
Vitrina para medicamentos	1.766.050	36	63.577.800
Vitrina metálica de 2 cuerpos con llave para consultorio	1.619.750	72	116.622.000
Armario con puerta batiente	694.100	72	49.975.200
Juego de comedor	1.567.500	18	28.215.000
Heladeras Verticales	3.396.250	22	74.717.500
Televisor pantalla plana de 43"	2.090.000	18	37.620.000
Balde plástico mediano	22.000	36	792.000
Cocina a gas	992.750	18	17.869.500
Basureros mediano de plástico	146.300	108	15.800.400
TOTAL (IVA incluido)			776.902.000

Samiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. Nº 35

El monto total de la recomendación de adjudicación del proceso por Licitación Pública Internacional N° 02/2020 asciende a **Gs. 996.322.000.- (guaraníes novecientos noventa y seis millones trescientos veintidós mil) IVA Incluido.**

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. Nº 2994

Abg. Gustavo H. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

Acta del Comité de Evaluación Nº 08/2021

Se requiere realizar las gestiones pertinentes para la aprobación de la adjudicación y declaración desierto deL LOTE N°1, mencionados en el presente informe, mediante solicitud de No Objeción al BID, la Resolución pertinente y comunicar oficialmente a quienes correspondan.

Para dar fe de las acciones realizadas como Comité de Evaluación y de la recomendación de adjudicación de las ofertas presentadas, se firma el presente informe a los 26 días del mes de abril de 2021.

Abg. José Benitez
Dirección de Asesoría Jurídica – MSPyBS

Abg. Gustavo Cardozo
Programa Desarrollo Infantil Temprano

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Dr. Bernardo Sánchez
Programa Desarrollo Infantil Temprano

C.P. Lourdes Ortiz
Programa Desarrollo Infantil Temprano

Ramiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. Nº 35

Ing. Ramiro Godoy
Programa Desarrollo Infantil Temprano

ANEXOS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GABINETE
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
LPI N° 02/2020 "ADQUISICION DE EQUIPPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS PARA 18 USF " ID N° 385.030

ANEXO I : CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES

LOTE 1				
N°	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIOS REFERENCIALES	CANTIDAD	MONTO TOTAL
1	Balanza para bebe con bandeja	1.540.000	18	27.720.000
2	Balón de oxígeno medicinal de 6 m3	2.420.000	18	43.560.000
3	Regulador y reductor de oxigeno portátil (manómetro)	638.000	18	11.484.000
4	Aspirador de secreciones eléctrico portátil	2.420.000	18	43.560.000
5	Juego de laringoscopio tamaño adulto	1.705.000	18	30.690.000
6	Juego de laringoscopio tamaño pediátrico	2.530.000	18	45.540.000
7	Balanza de pie con tallimetro	2.090.000	18	37.620.000
8	Detector fetal ultrasónico	825.000	18	14.850.000
9	Estufa para Esterilización 80 litros	10.890.000	18	196.020.000
10	Desfibrilador externo automático	13.640.000	18	245.520.000
11	Carro paro	5.335.000	18	96.030.000
12	Equipo de Diagnóstico (Otoscopio, oftalmoscopio)	2.112.000	18	38.016.000
13	Resucitador manual adulto	396.000	18	7.128.000
14	Resucitador manual pediátrico	396.000	18	7.128.000
15	Set de instrumental para inserción de DIU	1.540.000	18	27.720.000
16	Espéculo vaginal grande	121.000	36	4.356.000
17	Espéculo vaginal mediano	121.000	36	4.356.000
18	Espéculo vaginal pequeño	121.000	36	4.356.000
19	Caja de cirugía menor	803.000	18	14.454.000
20	Caja de curación	473.000	18	8.514.000
21	Tambor de acero inoxidable	539.000	18	9.702.000
22	Tallímetro o cartabón	242.000	18	4.356.000
23	Caja de cuello	1.320.000	18	23.760.000
PRECIO REFERENCIAL LOTE 1				946.440.000

LOTE 2				
N°	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIOS REFERENCIALES	CANTIDAD	MONTO TOTAL
1	Camilla fija	682.000	36	24.552.000
2	Portasuero rodante de 2 servicios	220.000	18	3.960.000
3	Lámpara portátil cuello de cisne	458.000	18	8.244.000
4	Carro para curaciones	572.000	18	10.296.000
5	Camilla con ruedas y baranda	2.200.000	18	39.600.000
6	Camilla ginecológica fija	1.188.000	18	21.384.000
7	Escalera de metal para pacientes	220.000	54	11.880.000
8	Linterna para examen médico	121.000	18	2.178.000
9	Esfigmomanómetro aneroide con manguito pediátrico	209.000	36	7.524.000
10	Esfigmomanómetro aneroide con mango para adulto	165.000	36	5.940.000
11	Estetoscopio para Adultos	330.000	36	11.880.000
12	Estetoscopio para uso pediatrico	330.000	18	5.940.000
13	Estetoscopio de pinard	84.700	18	1.524.600
14	Oxímetro de pulso	297.000	18	5.346.000
15	Balde de acero con tapa a pedal	297.000	18	5.346.000
16	Biombo de 3 cuerpos	495.000	36	17.820.000
PRECIO REFERENCIAL LOTE 2				183.414.600

Camilo F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. N° 30152

Dirección ... Adquisición
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GABINETE
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
LPI N° 02/2020 "ADQUISICION DE EQUIPPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS PARA 18 USF " ID N° 385.030

LOTE 3				
N°	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIOS REFERENCIALES	CANTIDAD	MONTO TOTAL
1	Butaca giratoria metal	440.000	72	31.680.000
2	Estante metálico abierto	501.600	54	27.086.400
3	Mesa de escritorio con 3 cajones	783.750	72	56.430.000
4	Silla giratoria	539.000	72	38.808.000
5	Silla tanden de 3 cuerpos en acero cromado para sala de espera	1.760.000	72	126.720.000
6	Silla fija	292.600	216	63.201.600
7	Alacena	719.400	36	25.898.400
8	Perchero para abrigos y ropas.	158.950	72	11.444.400
9	Pizarra acrilica	396.000	18	7.128.000
10	Franelógrafo	160.000	18	2.880.000
11	Vitrina para medicamentos	1.859.000	36	66.924.000
12	Vitrina metálica de 2 cuerpos con llave para consultorio	1.705.000	72	122.760.000
13	Armario con puerta batiente	694.100	72	49.975.200
14	Juego de comedor	1.650.000	18	29.700.000
15	Heladeras Verticales	3.575.000	22	78.650.000
16	Televisor pantalla plana de 43"	2.200.000	18	39.600.000
17	Balde plástico mediano	22.000	36	792.000
18	Cocina a gas	1.045.000	18	18.810.000
19	Basureros mediano de plástico	154.000	108	16.632.000
PRECIO REFERENCIAL LOTE 3				815.120.000

Ramiro J. Sandoy Acuña
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 36

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. N° 30152

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE GABINETE

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA

Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR

LPI N° 02/2020

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIOS PARA 18 USF

Empresas	Lote N° 1 Monto Total (IVA Incluido)	Lote N° 2 Monto Total (IVA Incluido)	Lote N° 3 Monto Total (IVA Incluido)
1. HANDRUG Ingeniería	Gs. 920.486.880	No Cotiza	Gs. 814.999.335
2. MEGA Service S.R.L.	No Cotiza	No Cotiza	Gs. 826.918.400
3. M&F Industrial y Comercial Representaciones S.A.	No Cotiza	Gs. 219.420.000	Gs. 1.189.028.000
4. NM Diseños de Nélida Mendoza	No Cotiza	No Cotiza	Gs. 845.896.000
5. A & C S.R.L.	No Cotiza	No Cotiza	Gs. 776.902.000
6. ARGON S.R.L.	No Cotiza	Gs. 280.000.080	No Cotiza

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Camiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N°35

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. N° 30152

TESÁI HA TEKO PORÃVE Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Ñetãyguára mbaʼe

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO – PR-L1051 - CONVENIO DE PRÉSTAMO BID 2667/OC-PR
LPI N° 02/2021 "Adquisición de mobiliarios y equipos médicos para 18 USF" - ID Nº 385.030.
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS N° 05/2020
ANEXO II - CAPACIDAD FINANCIERA

HANDRUG INGENIERIA

RATIO	CRITERIO	FORMULA		2017	2018	2019	PROMEDIO	RATIO
Ratio de Liquidez	Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años	activo corriente / pasivo corriente	AC	1.522.852.767	1.166.153.117	2.294.103.483	**1.661.036.456**	**10,87**
			PC	62.035.185	129.450.230	266.756.061	**152.747.159**	
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años	pasivo total / activo total	PT	62.035.185	129.450.230	266.756.061	**152.747.159**	**0,07**
			AT	1.522.852.767	1.768.653.117	2.896.603.483	**2.062.703.122**	
Rentabilidad	El promedio en los últimos 3 años no deberá ser negativo	Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital	UT/PE	348.310.548	178.385.309	990.644.535	**505.780.131**	**68%**
			CAPITAL	300.000.000	300.000.000	1.639.202.887	**746.400.962**	

MEGASERVICE

RATIO	CRITERIO	FORMULA		2017	2018	2019	PROMEDIO	RATIO
Ratio de Liquidez	Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años	activo corriente / pasivo corriente	AC	############	10.011.361.881	12.382.788.087	**11.603.634.981**	**1,55**
			PC	9.035.810.161	6.442.643.376	6.936.351.532	**7.471.601.690**	
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años	pasivo total / activo total	PT	9.035.810.161	6.442.643.376	6.936.351.632	**7.471.601.723**	**0,61**
			AT	############	10.651.126.262	12.983.111.022	**12.241.812.624**	
Rentabilidad	El promedio en los últimos 3 años no deberá ser negativo	Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital	UT/PE	911.287.863	982.292.256	2.021.626.868	**1.305.068.996**	**52%**
			CAPITAL	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	**2.500.000.000**	

MYF INDUSTRIAL COMERCIAL REPRESENTACIONES

RATIO	CRITERIO	FORMULA		2017	2018	2019	PROMEDIO	RATIO
Ratio de Liquidez	Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años	activo corriente / pasivo corriente	AC	5.795.212.387	10.103.925.380	9.746.538.050	**8.548.558.606**	**10,55**
			PC	370.485.559	1.607.488.037	452.293.048	**810.088.881**	
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años	pasivo total / activo total	PT	370.485.559	1.709.307.510	468.034.436	**849.275.835**	**0,08**
			AT	7.400.389.882	12.027.017.662	11.999.447.149	**10.475.618.231**	
Rentabilidad	El promedio en los últimos 3 años no deberá ser negativo	Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital	UT/PE	138.839.418	3.266.762.975	1.176.331.551	**1.527.311.315**	**38%**
			CAPITAL	3.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	**4.000.000.000**	

NM DISEÑOS

RATIO	CRITERIO	FORMULA		2017	2018	2019	PROMEDIO	RATIO
Ratio de Liquidez	Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años	activo corriente / pasivo corriente	AC	7.604.613.776	8.195.765.989	10.126.615.196	**8.642.331.654**	**1,76**
			PC	4.192.154.282	4.505.416.769	6.001.898.577	**4.899.823.209**	
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años	pasivo total / activo total	PT	4.192.154.282	4.505.416.769	6.001.898.577	**4.899.823.209**	**0,56**
			AT	7.711.575.277	8.267.191.149	10.169.479.867	**8.716.082.098**	
Rentabilidad	El promedio en los últimos 3 años no deberá ser negativo	Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital	UT/PE	237.446.903	235.677.197	401.737.453	**291.620.518**	**8%**
			CAPITAL	3.237.195.018	3.747.641.921	3.710.319.118	**3.565.052.019**	

A&C S.R.L.

RATIO	CRITERIO	FORMULA		2017	2018	2019	PROMEDIO	RATIO
Ratio de Liquidez	Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años	activo corriente / pasivo corriente	AC	1.378.246.350	793.146.495	2.687.266.046	**1.619.552.964**	**1,86**
			PC	1.220.144.760	292.467.045	1.104.750.886	**872.454.230**	
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años	pasivo total / activo total	PT	1.220.144.760	292.467.045	1.508.290.886	**1.006.967.564**	**0,31**
			AT	2.640.063.864	2.811.474.706	4.445.328.325	**3.298.955.632**	
Rentabilidad	El promedio en los últimos 3 años no deberá ser negativo	Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital	UT/PE	426.769.944	427.334.710	345.975.578	**400.026.744**	**29%**
			CAPITAL	200.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	**1.400.000.000**	

ARGON S.R.L.

RATIO	CRITERIO	FORMULA		2017	2018	2019	PROMEDIO	RATIO
Ratio de Liquidez	Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años	activo corriente / pasivo corriente	AC	############	22.815.851.415	22.624.897.476	**22.245.371.976**	**6,44**
			PC	5.579.144.672	3.267.827.402	1.521.324.598	**3.456.098.891**	
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años	pasivo total / activo total	PT	5.579.144.672	3.267.827.402	1.521.324.598	**3.456.098.891**	**0,33**
			AT	8.701.694.103	11.143.925.964	11.296.096.629	**10.380.572.232**	
Rentabilidad	El promedio en los últimos 3 años no deberá ser negativo	Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital	UT/PE	1.419.867.822	3.417.094.362	20.508.877.741	**8.448.613.308**	**16,90%**
			CAPITAL	500.000.000	500.000.000	500.000.000	**500.000.000**	

Ramiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

TESÁI HA TEKO PORÃVE Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Tetãyguára mba'e

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO – PR-L1051 - CONVENIO DE PRÉSTAMO BID 2667/OC-PR
LPI N° 02/2020 "Adquisición de mobiliarios y equipos médicos para 18 Usf " - ID Nº 385.030.
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS N° 08/2021
ANEXO III - EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

1 HANDRUG INGENIERIA

Contrato/ Factura	Entidad	Monto Total
FACTURA 961	AM BIOMEDICAL	315.690.000
FACTURA 682	TECNO-FUTURA	503.400.000
FACTURA 660	SISTENET	149.000.000
Monto total de facturas o contratos presentados con la oferta		968.090.000
Monto Total / Experiencia en promedio de los 3 ultimos años		***322.696.667***
Monto total de la oferta		1.735.486.215
50% correspondiente al monto total de la oferta		867.743.108
NO CUMPLE		-545.046.441

2 MEGA SERVICE

Contrato/ Factura	Entidad	Monto Total
LPN ° 19/2017	BANCO NACIONAL DE FORMENTO	649.798.900
LCO /2018	UNA	37.830.000
LCO 5/2019	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	783.704.000
Monto total de facturas o contratos presentados con la oferta		1.471.332.900
Monto Total / Experiencia en promedio de los 3 ultimos años		***490.444.300***
Monto total de la oferta		826.918.400
50% correspondiente al monto total de la oferta		413.459.200
CUMPLE		**76.985.100**

3 MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

Contrato/ Factura	Entidad	Monto Total
CP - UGP/BID	PDIT/UEP	565.192.000
LCO 62/19	MSPBS	730.140.000
LCO 06/17	COMANDO DEL EJERCITO	5.630.000
LPN 13/17	Municipalidad de Asuncion	137.750.000
LCO 32/18	MSPBS	592.500.000
LCO 13/18	Armada Paraguaya	102.250.000
LCO 20/18	MSPBS	171.874.000
LCO 09/19	COMANDO DEL EJERCITO	29.205.000
LCO 01/19	COMANDO DEL EJERCITO	134.460.000
LCO 01/19	COMANDO LOGISTICO	367.612.000
LPN 159/18	IPS	432.775.000
LPN 05/19	MTESS	151.820.000
Monto total de facturas o contratos presentados con la oferta		3.421.208.000
Monto Total / Experiencia en promedio de los 3 ultimos años		***1.140.402.667***
Monto total de la oferta		1.408.448.000
50% correspondiente al monto total de la oferta		704.224.000
CUMPLE		**436.178.667**

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Ramiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Mitapundiha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Tetãyguára mba'e

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO – PR-L1051 - CONVENIO DE PRÉSTAMO BID 2667/OC-PR
LPI N° 02/2020 "Adquisición de mobiliarios y equipos médicos para 18 Usf " - ID Nº 385.030.
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS N° 08/2021
ANEXO III - EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

4 NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA

Contrato/ Factura	Entidad	Monto Total
LCO 15/2017	MINISERIO DE JUSTICIA	220.860.000
RFQ 2018/6742	UNOPS	91.970.000
RFQ 2018/6742	UNOPS	11.780.000
CP 06/2019	PDIT/UEP	170.523.100
CP 06/2019	PDIT/UEP	3.300.000
Monto total de facturas o contratos presentados con la oferta		**498.433.100**
Monto Total / Experiencia en promedio de los 3 ultimos años		***166.144.367***
Monto total de la oferta		845.896.000
50% correspondiente al monto total de la oferta		422.948.000
NO CUMPLE		-256.803.633

5 AYC S.R.L.

Contrato/ Factura	Entidad	Monto Total
LPN 04/2018	MEC	1.823.400.000
LPN 62/2016	IPS	294.000.000
CONTRATO N 51	MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA	78.300.000
CD 5/2018	MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS	97.958.902
LPN 159/2018	IPS	78.314.095
CONTRATO 53/2019	GOBERNACION BOQUERON	252.690.500
Monto total de facturas o contratos presentados con la oferta		**2.624.663.497**
Monto Total / Experiencia en promedio de los 3 ultimos años		***874.887.832***
Monto total de la oferta		776.902.000
50% correspondiente al monto total de la oferta		388.451.000
CUMPLE		**486.436.832**

6 ARGON SRL

Contrato/ Factura	Entidad	Monto Total
LPN 01/2019	PDIT/UEP	551.570.000
LPN 19/2019	IPS	2.539.526.000
LPN 35/2019	POLICIA NACIONAL	603.447.996
Monto total de facturas o contratos presentados con la oferta		**3.091.096.000**
Monto Total / Experiencia en promedio de los 3 ultimos años		***1.030.365.333***
Monto total de la oferta		280.000.000
50% correspondiente al monto total de la oferta		140.000.000
CUMPLE		**890.365.333**

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Sandro F. Gonzalez Larrión
Ingeniero Biomédico
Reg. Nº 35

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Mitanondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mba'e

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO – PR-L1051 - CONVENIO DE PRÉSTAMO BID 2667/OC-PR
LPI N° 02/2020 "Adquisición de Equipos Medicos y Mobiliarios" - ID N° 385.030.
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS N°
ANEXO IV - CONFORMIDAD DE LOS BIENES

Descripción	Especificaciones técnicas mínimas solicitadas	HANDRUG INGENIERIA
Balanza para bebe con bandeja	Balanza pediátrica, mecánica, métrica con báscula. Con base o soporte o plataforma para la bandeja de pesaje.	NO CUMPLE, presenta catálogo balanza reloj, no mecánica de báscula
	Material: la balanza debe ser de metal en su totalidad	
	Debe incluir la bandeja o plato para pesaje de metal o plástico resistente. La totalidad de la balanza debe estar revestida de material o pintura resistente a la suciedad (de fácil limpieza). Debe contar con traba de seguridad para la aguja.	
	Escala de medición: Capacidad: desde 0 gramos hasta un máximo entre 16 y 20 Kilos. Precisión de 10 gr. Una sola escala de medición. En Kilogramos (Kg).	
	Sistema para el calibrado de la balanza: Este sistema debe ser de fácil manejo: debe permitir que la balanza se calibre en forma manual, sin necesidad de ninguna herramienta.	
	Dimensiones: Platillo con adecuada estabilidad, de aproximadamente 55 x 32 cm.	NO CUMPLE dimensiones (49x31 cm)
	Peso de Balanza: Liviano pero resistente (aprox. De 5 a 9 kg.)	
	Accesorios: Manual de operación y servicio en español.	
	Garantía de 1 año	
Balón de oxígeno medicinal de 6 m3	Balón de Oxígeno medicinal mínimo de 6 m3. Certificación FDA, CE o Mercosur	CUMPLE
	Fabricado en hierro que permita almacenar oxigeno medicinal sin peligro de explosión. Capacidad de almacenaje 6 m3 o superior	CUMPLE
	Cargado con Oxígeno medicinal según normas estándar de procedimientos. Dotado de válvula y llave de paso para su llenado.	CUMPLE
	Cesto protector. Pintado en color convencional internacional para oxígeno. Garantía de 1 año.	CUMPLE
Regulador y reductor de oxígeno portátil (manómetro)	Certificación FDA, CE o Mercosur	CUMPLE
	Que suministre oxígeno a una humedad relativa de por lo menos 70%	CUMPLE
	Flujo de oxígeno entre 3 y 15 litros por minuto.	CUMPLE
	Humidificador tipo a burbuja.	CUMPLE
	Frasco de plástico de 300 cc. de capacidad aproximadamente.	CUMPLE
	Con válvula de seguridad y sistema de conexión hembra tipo rápido.	CUMPLE
	Sistema para reducir la elevada presión de los gases y brindar un suministro constante pese a las variaciones de la presión de entrada.	CUMPLE
	Conexión frontal o transversal.	CUMPLE
	Filtro de metal o similar para impedir la entrada de impurezas.	CUMPLE
	Garantía de 1 año	CUMPLE
Aspirador de secreciones eléctrico portátil	Certificación FDA, CE o Mercosur	CUMPLE
	Panel frontal del aspirador.	CUMPLE
	Frasco colector lavable y esterilizable. Capacidad de succión de al menos 2 litros	CUMPLE
	Dispositivo de seguridad automático de rebalse. De bajo ruido	CUMPLE
	Proveer frasco adicional	CUMPLE
	Garantía de 1 año	CUMPLE
Juego de laringoscopio tamaño adulto	Certificación FDA, CE o Mercosur	CUMPLE
	Garantía de 12 meses como mínimo.	CUMPLE
	Con 4 palas o láminas curvas de 0, 1, 2 y 3 de acero inoxidable. Lámpara luz convencional	CUMPLE
	Con mango de acero inoxidable o en latón cromado, idóneos para contener 2 baterías	CUMPLE
	Que funcione con pilas recargables o no recargables."	CUMPLE
	Garantía de 1 año	CUMPLE
Juego de laringoscopio tamaño pediátrico	Certificación FDA, CE o Mercosur	CUMPLE
	Garantía de 12 meses como mínimo.	CUMPLE
	Con 4 palas o láminas rectas de 0, 1, 2 y 3 de acero inoxidable. Lámpara con luz convencional	NO CUMPLE
	Con mango de acero inoxidable o en latón cromado, idóneos para contener 2 baterías	CUMPLE
	Que funcione con pilas recargables o no recargables."	CUMPLE
	Garantía de 1 año	CUMPLE

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Prof. No. 2994

Ramiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. N° 30152

Balanza de pie con tallímetro	Escala de Medición: Capacidad desde 0 hasta 160 a 200 Kilos. Precisión de 100 gramos. Debe incluir Tallímetro con graduación de 1 cm y con capacidad de medición entre 90 y 200 cm. Peso en Kilogramos (Kg) y talla en centímetros (cm)	**CUMPLE**
	Balanza mecánica, clínica para adultos, métrica	NO CUMPLE, balanza electrónica con pantalla led
	Capacidad: hasta un máximo entre 150 y 200 kilos	**CUMPLE**
	Material: la balanza debe ser de metal en su totalidad.	**CUMPLE**
	La totalidad de la balanza y sus accesorios deben estar revestidos de material o pintura antioxidantes, de alta resistencia y de fácil limpieza.	**CUMPLE**
	Debe contar con traba de seguridad para la aguja.	NO CUMPLE
	Patas con regatones de goma regulables en altura	**CUMPLE**
	Sistema para el calibrado de la balanza: Este sistema debe ser de fácil manejo: debe permitir que la balanza se calibre en forma manual, sin necesidad de ninguna herramienta.	NO CUMPLE
	Dimensiones: Aprox.: 292 x 848 x 409 MM. Plataforma: 292 x 75x300 MM.	**CUMPLE**
	Accesorios: Manual de operación (uso, calibración y cuidados para su buen mantenimiento) y servicio en español.	**CUMPLE**
Detector fetal ultrasónico	Certificación FDA, CE o Mercosur Fabricación acorde a la norma para adecuación de uso portátil.	**CUMPLE**
	Sistema de seguridad acorde a normas internacionales.	**CUMPLE**
	Tecnología de microprocesador / electrónico con panel de control de los parámetros de medición / alimentación eléctrica, nivel de volumen, detección de fallas, etc.	**CUMPLE**
	Altavoz y auricular para audición de la señal doppler.	**CUMPLE**
	Contador de pulso incorporado acústico o visual.	**CUMPLE**
	Adecuación acorde a las normas para uso portátil. Conexión interfase de salida para registro externo.	**CUMPLE**
	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.	**CUMPLE**
	Características Técnicas: Transductor ultrasónico con frecuencia de 2 Mhz. o similar. Alimentación eléctrica 220 V / 50 Hz.	**CUMPLE**
	Alimentación eléctrica: pilas o baterías de 12 V o similar recargables.	**CUMPLE**
	Accesorios:	**CUMPLE**
	Manual de operación y servicio en español.	**CUMPLE**
	Cargador de pila/batería 220 V/12V.	**CUMPLE**
	20 pomos de Gel para ultrasonidos.	**CUMPLE**
	1 transductor ultrasónico de 2 a 3 Mhz de frecuencia.	**CUMPLE**
	Maletín de transporte.	**CUMPLE**
	Garantía de 1 año"	**CUMPLE**
Estufa para Esterilización 80 litros	Cámara de esterilización de aluminio o acero inoxidable de superficie lisa con pulido sanitario.	**CUMPLE**
	En su interior debe tener la capacidad como para ubicar como mínimo 3 bandejas	**CUMPLE**
	Sistema de cierre hermético a prueba de fuga de aire caliente con dispositivo de enclavamiento	**CUMPLE**
	Buen sistema de aislamiento con precalentamiento rápido y corto período de esterilización	**CUMPLE**
	Sistema de aireación forzada con homogenización de temperatura en cámara y protección contra sobrecalentamiento con sistema de alarmas visual/acústica	**CUMPLE**
	Sensor térmico en cámara para lectura directa de la temperatura en un indicador analógico o digital. timer de operación con visualización digital del tiempo de esterilización con alarmas de fin de proceso, falta de energía eléctrica y problema de carga	NO CUMPLE, no posee alarma de falta de energía y problema de carga
	Panel de control de parámetros con tecnología electrónica o de microprocesadores para el control de temperatura, con programación de la temperatura de trabajo y sus respectivos límites de tolerancia. Visualización a través de pantalla de LCD.	**CUMPLE**
	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento	**CUMPLE**
	Volumen de la cámara de esterilización de al menos 80 litros	**CUMPLE**
	Termorregulación de temperatura para ciclos estándar de esterilización (rondando 180 grados)	**CUMPLE**
	Controlador de tiempo variable de 0 a 99 horas y 59 minutos	**CUMPLE**
	Debe contener un respirador localizado en la parte superior para permitir la salida de aire expandido por el calentamiento	**CUMPLE**
	Debe contar con sistema de seguridad (fusible de protección)	**CUMPLE**
	Llave general (prendido/apagado) Potencia de 500 wats aproximado	**CUMPLE**
	Medidas mínimas internas de la cámara capaz de introducir y retirar cómodamente caja de 40cm X 20cm X 10cm	**CUMPLE**
	Precisión de temperatura +/- 0,1 o C. Fluctuación de la temperatura +/-0,5 o C.. Precisión de temperatura +/- 0,1 %.	**CUMPLE**
	Exactitud de la temperatura en cámara 2,5 % del valor final. Alimentación eléctrica 220 v/50 Hz	**CUMPLE**

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Ramiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35

Lourdes D. Ortiz Cuéllar
Especialista en Adquisiciones

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

	Accesorios: 1 pinzas para manipuleo de las bandejas. 1 juego de bandejas perforadas de acero inoxidable o similar, en número y tamaño acorde ala capacidad del equipo	CUMPLE
	10 kits de termo indicadores para control de funcionamiento Manual de operación y servicio en español	CUMPLE
	Certificación FDA, CE o MERCOSUR.	CUMPLE
	Certificado de disponibilidad de repuestos por la vida útil del equipo (Presentar Declaración Jurada) Servicio técnico certificado y disponible Garantía de 1 año	NO CUMPLE - NO PRESENTA
Desfibrilador externo automático	Equipo compacto resistente, liviano y transportable, para pacientes adultos y pediátricos. Forma de onda bifásica con salida entre 50 Joules (o menor) y 200 Joules (o mayor). El equipo ofertado deberá incluir un dispositivo de retroalimentación audiovisual durante la RCP que permita optimizar en tiempo real el rendimiento/resultados de la RCP para garantizar la calidad de la misma, según las recomendaciones 2015 de la AHA (esta puede ser audiovisual o guía de voz).	
	Se valorará si el equipo incluye un software que permita descargar el evento reciente y poder analizar el ECG y la maniobra de RCP del mismo. Se deberán entregar dos pares de electrodos para adultos (de al menos 5 años de vida util) y dos pares de electrodos pediátricos. Entrega de energía: selección automática preprogramada de al menos 3 niveles crecientes de energía. 2 baterías no recargables con autonomía, de al menos 5 años de vida útil o más de 250 shoks continuos o alternados. (Se valorará que las baterías puedan ser adquiridas localmente y puedan ser reemplazadas por el usuario). Cada DEA deberá contar con su propio gabinete señalizado, medidas aproximadas (solo de referencia) de 44 cm x 22 cm, material Melamina de buena calidad (o similar). Dispositivo con protección IP 55 o superior	NO CUMPLE - (DURACION 100 SCHOK)
	Alerta lumínica y/ o sonora de electrodos desconectados.	
	Software en su última versión disponible y actualizable, con disponibilidad de actualizaciones durante la vida útil del equipo y servicio de atención telefónica post venta durante la garantía. Auto chequeo automático programable, diario/semanal/mensual de buen funcionamiento	
	Alerta de voz (o lumínico) ante salida de servicio, necesidad de reposición de baterías.	
	a-Barrera de protección para insuflación b- guantes descartables c. tijeras pultipropositos d- guía de instrucciones rápidas impresas e- rasuradora f- toallita	
	Cada DEA deberá contar con su propio gabinete con alarma visual y sonora.	
	Deberá incluir su instalación dentro del edificio, medidas 44 cm x 44 cm x 22 cm, material melamina.	
	Desfibrilador externo automático, encendido automático al abril la tapa (si tiene tapa), sistema de uso en 3 fases, software en español, con 2 pares de parches (adulto y pediátrico respectivamente) preconectado con dibujos indicadores de colocación en el cuerpo humano o guía de colocación	
	Accesorios a incluir: A- Barrera de protección para insuflación. B- Guantes descartables. C- Tijera multipropósito. D- Guía de instrucciones rápidas impresa. E- Rasuradora. F- Toallita antibacterial	
	Documentos solicitados:	
	Certificado de Calidad: FDA o TUV o CSA o CE o UL o IEC o ISO o que en el catálogo original conste las Certificaciones solicitadas	
	Catálogo en Original idioma español (Proveedor deberá proporcionar copia traducida al español en caso de encontrarse en otro idioma).	
	Compromiso legalizado de parte del proveedor, certificado de fábrica, para mantener repuestos en plaza durante un período no inferior a 10 años.	
	Capacitación: deberá efectuarse un programa de capacitación a usuarios	
	Servicio Técnico capacitado y certificado.	
	Mantención preventiva: durante la garantía. Garantía 2 (dos) años.	
	Estructura de poliuretano rígido, de alta resistencia a impactos.	CUMPLE
	Fácil de limpiar y desinfectar	CUMPLE
	Incorporar brazo extensible para desfibrilador	CUMPLE
	La base superior del carro debe tener 4 caras con bordes que impiden que se derramen o resbalen implementos de su superficie.	CUMPLE
	Medidas aproximadas: 40 cm. de ancho, 45 cm de largo y 85 centímetros de alto	NO CUMPLE 47(ancho)x75(largo)x92 (alto)
	Cajones: 4 cajones de chapa, montados sobre guías con rulemanes y llave. 1 cajón superior porta fármacos, con divisiones interiores y tapa transparente. 1 cajón de al menos 7.5 cm de altura aprox. Para materiales de circulación. 1 cajón de al menos 15 cm de altura aprox. Para materiales de vías aéreas. 1 cajón de al menos 15 cm de altura aprox. Para infusiones, tijera, linterna.	NO CUMPLE, tiene 5 cajones
	Porta Etiqueta Individual en cada cajón.	CUMPLE
	Abridor de Ampollas	CUMPLE
	- Una caja acrílica para caja cortopunzante pequeña	CUMPLE

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Ramiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

Carro Paro	Cajoneras (se aceptan alternativas de diseño funcionalmente equivalentes).	CUMPLE
	Otros accesorios: Dos bolsillos basculantes de plástico transparente	CUMPLE
	Sistema de seguridad con bloqueo de todos los cajones, gabinetes, gavetas con sellos de seguridad.	CUMPLE
	4 ruedas de goma - 2 ruedas con freno y bloqueo direccional.	CUMPLE
	tabla para masaje cardíaco	CUMPLE
	Soportes: para suero y balón de oxígeno.	CUMPLE
	Depósito de basura con Tapa	CUMPLE
	Superficie lateral para bomba de aspiración	CUMPLE
	Documentos solicitados: Certificado de Calidad: FDA o TUV o CSA o CE o UL o IEC o ISO o que en el catálogo original conste las Certificaciones solicitadas	CUMPLE
	Catálogo en Original idioma español (Proveedor deberá proporcionar copia traducida al español en caso de encontrarse en otro idioma).	CUMPLE
	Para el carro de paro se aceptarán alternativas de diseño funcionalmente equivalentes	CUMPLE
	Otros: Manual de usuario en español Elementos adicionales Certificado de provisión de repuestos durante la vida útil del dispositivo. Garantía 1 año	CUMPLE
Equipo de Diagnóstico (Otoscopio, oftalmoscopio)	**OTOSCOPIO**	
	Con mango grande y lente de aumento. Lentes pequeños en el brazo y juego de espéculos de extremos circular con lámpara. La lámpara deberá poseer un mecanismo de protección contra golpes. Debe incluir: Espejo laríngeo, iluminador nasal, juego de por lo menos 6 espéculos auriculares (tamaño adecuados para uso en recién nacidos, lactantes, escolares y adultos) Embalaje adecuado para almacenamiento	CUMPLE
	OFTALMOSCOPIO CABEZAL OFTALMOSCOPIO:	
	Carcasa hermética a prueba de polvo IP 55 o superior. Fuente de luz LED. Sistema óptico esférico. Para toda pupila dilatada o no. Diseño ergométrico para adaptarse a la órbita. Descanso de goma para la ceja.	CUMPLE
	Debe contar con aperturas: micro punto, pequeño, grande, fijación, ranurado y filtro libre de rojo. Disco de 27 lentes o más con gama de dioptrías de entre -20 a +40 máximo.	CUMPLE
	MANGO: Mango ergonómico de metal con batería recargable de iones de litio. Fácil encastre del cabezal. Dimensiones largo mínimo 145 mm +diámetro 30 mm.	CUMPLE
	ACCESORIO: Debe incluir estuche para guarda del oftalmoscopio y otoscopio Pilas alcalinas de repuesto de tamaño estándar existentes en el mercado local. Manual de operación y servicio en español. Certificación FDA, CE o MERCOSUR. Certificado de disponibilidad de repuestos por la vida útil del equipo (Presentar Declaración Jurada) Garantía de 1 año	CUMPLE
Resucitador manual adulto	Resucitador de Silicona Adulto	CUMPLE
	Volumen corriente máximo de aprox. 1500 ml	CUMPLE
	Conector del paciente: 22/15 mm (ISO)	CUMPLE
	Volumen total del resucitador: 2000 ml	CUMPLE
	Dimensiones aproximadas: (longitud x diámetro) 305 x 135 mm	CUMPLE
	Volumen del recipiente de O2: aprox. 2600 ml	CUMPLE
	Conector espiratorio: 30 mm aproximadamente	CUMPLE
	Todo autoclavables, demostrar con certificado	CUMPLE
	Garantía escrita de 12 meses como mínimo"	CUMPLE
Resucitador manual pediátrico	Resucitador de Silicona Pediátrico de aprox. 10-30 kg	CUMPLE
	Volumen corriente máximo de aprox. 500 ml	CUMPLE
	Conector del paciente: 22/15 mm (ISO)	CUMPLE
	Volumen total del resucitador: 700 ml	CUMPLE
	Dimensiones aproximadas: (longitud x diámetro) 240 x 90 mm	CUMPLE
	Garantía escrita de 12 meses como mínimo"	CUMPLE
	Todo autoclavables, demostrar con certificado	CUMPLE
Set de instrumental para inserción de DIU	Fabricado en acero inoxidable, acorde a normas internacionales de calidad.	CUMPLE
	Características Técnicas:	CUMPLE
	1 espéculo de Graves tamaño grande	CUMPLE
	1 espéculo de Graves tamaño mediano	CUMPLE
	1 pinza Foerster Recta 24 cm +/- 2 cms	CUMPLE
	1 pinza de Cuello Uterino de Pozzi 25 cm +/- 2 cms	CUMPLE
	1 Histerómetro de Sims de 32 cm rígido +/- 2 cms	CUMPLE
	1 tijera para Hilos punta Roma-Roma 18 cm +/- 2 cms	CUMPLE
	1 pinza Hemostática Pean Recta 18 cm +/- 2 cms	CUMPLE
	1 caja para Instrumental de acero inox. c/ tapa c/ mango 40x20x10cm (medidas aproximadas son admitidas).	CUMPLE
	Garantía de 1 año	CUMPLE
Espéculo vaginal grande	Fabricado en acero quirúrgico sanitario resistente al carbono.	CUMPLE
	Forma anatómica	CUMPLE
	Tamaño grande, medidas aproximadas: 100 mm * 33 mm	CUMPLE
	Fabricado acorde normas internacionales (FDA, CE o Mercosur	CUMPLE
	Garantía de 1 año	CUMPLE

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Cedula Prof. No. 2994

Lourdes D. Ortiz Cuenca
Adq. Gustavo M. Cardozo M. Especialista en Adquisiciones
Mat. O.S.J. Nº 30152

Tamiro Fernando Acrón
Ingeniero Biomédico
Reg. Nº 35

Espéculo vaginal mediano	Fabricado en acero quirúrgico sanitario resistente al carbono.	CUMPLE
	Forma anatómica	CUMPLE
	Tamaño mediano, medidas aproximadas: 95*33 mm	CUMPLE
	Fabricación acorde a normas internacionales (FDA, CE o Mercosur)	CUMPLE
	Garantía de 1 año	CUMPLE
Espéculo vaginal pequeño	Fabricado en acero quirúrgico sanitario resistente al carbono.	CUMPLE
	Forma anatómica	CUMPLE
	Tamaño pequeño, medidas aproximadas: 85*20 mm	CUMPLE
	Fabricación acorde a normas internacionales (FDA, CE o Mercosur)	CUMPLE
	Garantía de 1 año	CUMPLE
Caja de cirugía menor	Set de instrumental para cirugía menor	CUMPLE
	Fabricado en acero quirúrgico sanitario resistente al carbono.	CUMPLE
	La caja de cirugía debe contener:	CUMPLE
	* 1 Pinza Hemostática Curva 16-18 cm aprox.	CUMPLE
	* 1 Pinza Hemostática Recta 16-18 cm aprox.	CUMPLE
	* 1 Pinza Hemostática Mosquito Curvo 16-18 cm aprox.	CUMPLE
	* 1 Pinza Hemostática Mosquito Recta 16-18 cm aprox.	CUMPLE
	* 1 Pinza de Disección Anatómica c/ diente 16 cm aprox.	CUMPLE
	* 1 Pinza de Disección Anatómica s/ diente 16 cm aprox.	CUMPLE
	* 1 Porta-Aguja Mayo-Hegar 16-18 cm aprox.	CUMPLE
	* 1 Par Separadores Farabeuf 15cmx 10mm aprox.	CUMPLE
	* 1 Mango Bisturí Nº 4 aprox.	CUMPLE
	* 1 Pinza Foerster Recta16-18 cm" aprox.	CUMPLE
	* 1 Tijera Mayo Curva 16-18 cm aprox.	CUMPLE
	* 1 Tijera Mayo Recta 16-18 cm aprox.	CUMPLE
	* 1 Pinza Anatómica Adson c/ diente 16 cm aprox.	CUMPLE
	* 1 Pinza Anatómica Adson s/ diente 16 cm aprox.	CUMPLE
	* 1 Pinza Halsted Recta c/ diente 12 cm aprox.	CUMPLE
	* 1 Pinza Halsted Recta s/ diente 12 cm aprox.	CUMPLE
	* 1 Tijera Metzenbaum Recta 16-18 cm aprox.	CUMPLE
	* 1 Caja de acero inoxidable c/ tapa c/ mango de dimensiones acorde al contenido y que permita la correcta esterilización de su contenido	CUMPLE
	Incluir:	CUMPLE
	Certificado FDA, CE o Mercosur	CUMPLE
	Garantía de 1 año	CUMPLE
Caja de curación	Características generales	CUMPLE
	Conjunto de piezas de instrumental, fabricadas en acero inoxidable quirúrgico	CUMPLE
	Deben permitir ser lavados con detergentes enzimáticos con pH neutro bacteriostáticos y resistentes a golpes, agentes corrosivos y altas	CUMPLE
	Compuesto por:	CUMPLE
	- 1 Tazón metálico pequeño.	CUMPLE
	- 1 Pinzas de elevación recta larga (Aro o Allis), 25 cm. Apox.	CUMPLE
	- 1 Porta aguja larga.	CUMPLE
	- 1 Espéculo vaginal de Collin, tamaño M	CUMPLE
	- Pinza para gasa o campo quirúrgico.	CUMPLE
	- 1 Pinza anatómica larga con dientes.	CUMPLE
	- 1 Valvas vaginales larga.	CUMPLE
	- 1 Pinzas de elevación curva larga	CUMPLE
	- Pinza para gasa o campo quirúrgico.	CUMPLE
	- 1 Histerómetro. 32 cm. rígido	CUMPLE
	- Curetas: N° 1, 2, 3, 4 y 5. romo., rigidas.	CUMPLE
	1 caja para Instrumental de acero inox. c/ tapa c/ mango 40x20x10cm	CUMPLE
Tambor de acero inoxidable	Tambor de acero inoxidable tamaño mediano	CUMPLE
	Fabricado en acero inoxidable	CUMPLE
	Con sistema de seguro para cierre hermético	CUMPLE
	Medidas aproximadas: 33 centímetros de diámetro y 16 centímetros fondo.	CUMPLE
	Garantía de 1 año	CUMPLE
Tallímetro o cartabón	En plástico resistente o en madera.	CUMPLE
	Superficie robusta y fácil de limpiar	CUMPLE
	Aptos para medir bebes y niños pequeños en posición horizontal/decúbito	CUMPLE
	Capacidad: 20 - 80 cm aproximadamente	CUMPLE
	División: 5 mm	CUMPLE
	Garantía valida por 12 meses contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo.	CUMPLE
	Conjunto de piezas de instrumental, fabricadas en acero inoxidable quirúrgico	CUMPLE
	Deben permitir ser lavados con detergentes enzimáticos con pH neutro bacteriostáticos y resistentes a golpes, agentes corrosivos y altas temperaturas de calor seco y húmedo	CUMPLE
	Compuesto por:	CUMPLE
	- 1 Tazón metálico pequeño.	CUMPLE
	- 1 Pinzas de elevación recta larga (Aro o Allis), 25 cm. Apox.	CUMPLE

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 2994

Ramiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. Nº 35

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

	1 Porta aguja larga	CUMPLE
	1 Espéculo vaginal de Collin	CUMPLE
	Pinza para gasa o campo quirúrgico	CUMPLE
	1 Pinza anatómica larga con dientes.	CUMPLE
	1 Valvas vaginales larga.	CUMPLE
	1 Pinzas de elevación curva larga	CUMPLE
	Pinza para gasa o campo quirúrgico.	CUMPLE
	1 Histerómetro.	CUMPLE
	Curetas: N° 1, 2, 3, 4 y 5.	CUMPLE
	1 caja para Instrumental de acero inox. c/ tapa c/ mango 40x20x10cm	CUMPLE

Ramiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. N° 30152

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Mokomondicha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mba'e

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO – PR-L1051 - CONVENIO DE PRÉSTAMO BID 2667/OC-PR
LPI N° 02/2020 "Adquisición de Equipos Medicos y Mobiliarios" - ID N° 385.030.
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS N°
ANEXO IV - CONFORMIDAD DE LOS BIENES

Descripción	Especificaciones técnicas mínimas solicitadas	MYF INGENIERIA
Camilla fija	Estructura metálica esmaltada.	CUMPLE
	Montado sobre 4 patas sin ruedas.	CUMPLE
	Con cabecera ajustable	CUMPLE
	Lecho acolchado y tapizado en tela vinílica lavable, regatones plásticos	CUMPLE
	Medidas aproximadas: 1.75 largo x 0.55 ancho x 0.80 alto, con acolchado de 5 cm"	CUMPLE
	Garantía de 1 año	CUMPLE
Portasuero rodante de 2 servicios	Construcción acorde con normas internacionales de calidad.	CUMPLE
	Estructura tubular de acero con acabado al cromo o satinada con pintura epoxy.	CUMPLE
	Con 4 o 5 ruedas multidireccionales	CUMPLE
	Bases desmontables sobre las ruedas.	CUMPLE
	Altura regulable con tornillo de sujeción.	CUMPLE
	Dispositivo Portasuero de 2 servicios.	CUMPLE
	Garantía de 1 año	CUMPLE
Lámpara portátil cuello de cisne	Lámpara portátil de inspección	CUMPLE
	Certificación FDA, CE o Mercosur	CUMPLE
	Altura ajustable, con brazos flexibles tipo cuello de cisne de aproximadamente	CUMPLE
	Base estable.	CUMPLE
	Provisto de cable eléctrico con protector flexible de aproximadamente 3 metros	CUMPLE
	Accesorios:	CUMPLE
	Lámpara de repuesto existente en el mercado local.	CUMPLE
Carro para curaciones	Mesita con ruedítas y barandas	CUMPLE
	Estructura metálica esmaltada	CUMPLE
	Dos planos superpuestos enchapados en formica lavable con barandilla	CUMPLE
	Porta balde y bacha rebatible	CUMPLE
	Montada sobre ruedas giratorias	CUMPLE
	Superficie fácil de limpiar	CUMPLE
	Dimensiones: 0.50 ancho x 0.80 largo X 0.80 altura	CUMPLE
	Prever cajones con sistema de seguridad que impidan que se salgan durante	CUMPLE
	Garantía de 1 año	CUMPLE
Camilla con ruedas y baranda	Estructura de acero	CUMPLE
	Base termoformada con porta oxigeno	CUMPLE
	Puntos de inserción portasueros dos o más (esquinas)	CUMPLE
	Barandas de una pieza abatibles	CUMPLE
	Protección antichoque en 4 esquinas	CUMPLE
	Capacidad de soportar 230 kilos aprox. (especificar)	CUMPLE
	Ancho de camilla con barandas 80 cms. Aprox. (especificar)	CUMPLE
	Largo aprox. 210 (especificar)	CUMPLE
	Ruedas: de aprox. 8". Freno centralizado	CUMPLE
	Respaldo: Inclinación 0° a 90°	CUMPLE
	Accesorios:	CUMPLE
	Colchoneta: ancho aprox. 70 cms, alto aprox. 8 cms, densidad alta	CUMPLE
	Manual técnico: idioma original y español	CUMPLE
	Manual de usuario en español	CUMPLE
	Garantía de 1 año	CUMPLE
Camilla ginecológica fija	Construida con tubo de acero de al menos 1" diámetro y 1,5 mm. Espesor.	CUMPLE
	Recubierto en pintura epóxica o esmaltado al horno	CUMPLE
	Montado sobre 4 patas sin ruedas	CUMPLE
	Lecho acolchado con espuma de alta densidad y tapizado en tela vinílica	CUMPLE
	Cabecera reclinable de accionamiento manual.	CUMPLE
	Medidas aproximadas: 1.75 largo x 0.55 ancho x 0.80 alto, con acolchado de 5	CUMPLE
	Soporte de piernas ajustables en forma anatómica, acolchado.	CUMPLE
	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento	CUMPLE
	Garantía de 1 año	CUMPLE
Escalera de metal para pacientes (SIT)	Características Generales:	CUMPLE
	Escalerilla de 2 peldaños	CUMPLE
	Estructura de acero inoxidable y huellas forradas con goma antideslizante.	CUMPLE
	Medidas: 0,40 de largo x 0,30 de ancho x 0,36 m. de alto	CUMPLE
	Garantía de 1 año	CUMPLE
Linterna para examen médico	Linterna de Mano, Batería Recargable o No	CUMPLE
	Tipo de Lámpara LED	CUMPLE
	Número de Baterías 2	CUMPLE
	Incluye Baterías: sí	CUMPLE
	Longitud de 8 A 15 cm,	CUMPLE
	Rango de Lumens 100 a 249, 6 a8 hr,	CUMPLE
	Color del Cuerpo variable,	CUMPLE
	Material del Cuerpo Aluminio	CUMPLE
	Diám. del Cuerpo 2 cm. Aprox	CUMPLE
	Tipo de Interruptor Botón	CUMPLE
	Garantía 12 meses como mínimo	CUMPLE

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Ramiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. N° 30152

Esfigmomanómetro aneroide con manguito pediátrico	Esfigmomanómetro aneroide con 3 medidas diferentes de manguitos o brazaletes pediátricos (recién nacidos, lactantes y niños).	**CUMPLE**
	Certificación FDA, CE o Mercosur	**CUMPLE**
	Manómetro de tipo reloj con indicación analógica de fácil lectura.	**CUMPLE**
	Purga de aire con dispositivo regulador de la velocidad de salida del aire.	**CUMPLE**
	Sistema de manguera que comunica el brazalete con el manómetro.	**CUMPLE**
	Pera de inflado de goma resistente y de alta elasticidad.	**CUMPLE**
	Brazalete pediátrico con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo Velcro, lavable hasta una temperatura de 60º C.	**CUMPLE**
	Estuche plástico resistente de fácil limpieza, desinfección y mantenimiento	**CUMPLE**
	Partes metálicas cromadas	**CUMPLE**
	Accesorios: Manual de operación y servicio en español con certificado de calibración e inspección técnica.	**CUMPLE**
	Buena disposición de la escala del manómetro para una lectura exacta	**CUMPLE**
	Garantía de 1 año	**CUMPLE**
Esfigmomanómetro aneroide con mango para adulto	Esfigmomanómetro aneroide con mango para adulto	**CUMPLE**
	Certificación FDA, CE o Mercosur	**CUMPLE**
	Manómetro de tipo reloj con indicación analógica de fácil lectura	**CUMPLE**
	Purga de aire con dispositivo regulador de la velocidad de salida del aire	**CUMPLE**
	Sistema de manguera que comunica el brazalete con el manómetro.	**CUMPLE**
	Pera de inflado de goma resistente y de alta elasticidad.	**CUMPLE**
	Brazalete adulto con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo Velcro, lavable hasta una temperatura de 60º C.	**CUMPLE**
	Estuche plástico resistente de fácil limpieza, desinfección y mantenimiento.	**CUMPLE**
	Buena disposición de la escala del manómetro para una lectura exacta.	**CUMPLE**
	Características Técnicas:	**CUMPLE**
	Principio de medición: Método Riva-Rocci y Korotkoff	**CUMPLE**
	Partes metálicas cromadas	**CUMPLE**
	Rango de medición: de 0 a 300 mm. Hg.	**CUMPLE**
	Brazalete con tubo o manguera adulto	**CUMPLE**
	Accesorios: Manual de operación y servicio en español con certificado de calibración e inspección técnica.	**CUMPLE**
	Garantía de 1 año"	**CUMPLE**
Estetoscopio para Adultos	Estetoscopio para pacientes adulto	**CUMPLE**
	Cabezal del estetoscopio construido en acero inoxidable, con dos receptáculos: Uno plano y otro en forma de campana, con bordes de protección contra el frio. Con sistema de rotación o giro para el cambio de cada receptáculo	**CUMPLE**
	Olivas para los auriculares de forma anatómica y de material sintético de alta flexibilidad, resistencia e intercambiables	**CUMPLE**
	Manguera de conexión entre el fonendoscopio y el auricular de silicona o material sintético de alta flexibilidad y resistencia.	**CUMPLE**
	Fonendoscopio con membranas de excelente sensibilidad, intercambiables, de alta flexibilidad y resistencia de tamaño adulto, para uso universal de tipo Littmann o similar.	**CUMPLE**
	Tubo resistente.	**CUMPLE**
	Longitud del estetoscopio no menor a 77 cm.	**CUMPLE**
	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.	**CUMPLE**
	Incluir:	
	2 pares de olivas de repuesto	**CUMPLE**
	2 membranas de recambio	**CUMPLE**
	Estuche plástico resistente de fácil limpieza, desinfección	**CUMPLE**
	Manual de operación en español.	**CUMPLE**
	Certificación FDA, CE o Mercosur.	**CUMPLE**
	Servicio Técnico capacitado y certificado	**CUMPLE**
	Garantía de un año	**CUMPLE**
Estetoscopio para uso pediátrico	Estetoscopio para pacientes pediátricos	**CUMPLE**
	Cabeza del estetoscopio construida en acero inoxidable, con dos receptáculos: Uno plano y otro en forma de campana, con bordes de protección contra el frio. Con sistema de rotación o giro para el cambio de cada receptáculo	**CUMPLE**
	Olivas para los auriculares de forma anatómica y de material sintético de alta flexibilidad, resistencia e intercambiables.	**CUMPLE**
	Manguera de conexión del fonendoscopio con el auricular de silicona o material sintético de alta flexibilidad y resistencia	**CUMPLE**
	Fonendoscopio con membranas de excelente sensibilidad, intercambiables, de alta flexibilidad y resistencia de tamaño pediátrico, para uso universal de tipo Littmann o similar.	**CUMPLE**
	Concepto modular con partes intercambiables	**CUMPLE**
	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento	**CUMPLE**
	Incluir:	**CUMPLE**
	Estuche plástico resistente de fácil limpieza y desinfección	**CUMPLE**
	2 pares de olivas de repuesto	**CUMPLE**

Lourdes D. Ortiz Cuell
Especialista en Adquisiciones

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Ramiro R. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

	2 membranas de recambio	**CUMPLE**
	Manual de operación en español	**CUMPLE**
	Certificación FDA, CE o Mercosur	**CUMPLE**
	Servicio Técnico capacitado y certificado.	**CUMPLE**
Estetoscopio de pinard	Características generales:	**CUMPLE**
	Estructura ergonómica y anatómica, fabricado en aluminio o acero inoxidable en una sola pieza. Unidad de alta resonancia y sensibilidad acorde a las normas. Unidad monoaural. Alta sensibilidad acústica. Longitud aproximada de 14 centímetros. Facilidad de limpieza y desinfección	**CUMPLE**
	Garantía de un año	**CUMPLE**
Oxímetro de pulso	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA, AÑO DE FABRICACIÓN.	**CUMPLE**
	Diseño pequeño y ligero (28 g total sin baterías).	**CUMPLE**
	Pantalla Dual color LED.	**CUMPLE**
	Muestra SpO2, FR, barra de pulso y Pletismograma. 6 modos de visualización	**CUMPLE**
	Bajo consumo de energía, se apaga automáticamente	**CUMPLE**
	Indicador de batería baja.	**CUMPLE**
	Brillo ajustable	**CUMPLE**
	Servicios: Fabricación acorde a normas internacionales de calidad.	**CUMPLE**
	Garantía de repuesto y provisión de repuesto por 1 (un) año	**CUMPLE**
Balde de acero con tapa a pedal	Balde para desechos hospitalarios patológicos.	**CUMPLE**
	Fabricado en acero con tapa a pedal	**CUMPLE**
	Capacidad de 12 litros.	**CUMPLE**
	Garantía de 1 año	**CUMPLE**
Biombo de 3 cuerpos	Estructura metálica en acero tubular recubierto con pintura electrostática resistente a golpes y a la corrosión, conformado por tres cuerpos recubiertos	**CUMPLE**

Ramón Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. Nº 35

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. Nº 30152

TESÁI HA TEKO POÑAVE Mitarendaleha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Tetãyguára mba'e

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO – PR-L1051 - CONVENIO DE PRÉSTAMO BID 2667/OC-PR
LPI N° 02/2020 "Adquisición de Equipos Medicos y Mobiliarios" - ID N° 385.030.
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS N°
ANEXO IV - CONFORMIDAD DE LOS BIENES

Descripción	Especificaciones técnicas mínimas solicitadas	AYC S.R.L.
Butaca Giratoria de Metal	Banquito para médico, metálico con ruedas. Con mecanismo de freno.	**CUMPLE**
Estante metálico abierto	Estante metálico abierto Con 5 estantes de metal desarmable, con las setes medidas alto 1,95 metros, largo 0,35 metros y de ancho 1,20 metros aproximadamente	**CUMPLE**
Mesa de escritorio con 3 cajones	Escritorio de 3 cajones y paños verticales de estructura metálica, mesadas enchapadas en formica con cantos de madera, medidas de 0,70 cm de ancho, 1,20 de largo, 07,78 alto.	**CUMPLE**
Silla giratoria	Silla giratoria con ruedas. Características Generales: Estructuras tubular de 1.50 mm de espesor como mínimo, con pintura horneada y base anticorrosiva. Acolchado anatómico con espuma de alta densidad (densidad de 30 como mínimo) con revestimiento en cuerina reforzada. Color a elección azul o negro.	**CUMPLE**
Silla tándem de 3 cuerpos en acero cromado para sala de espera	Diseño con perfil de acero cromado. Una estructura durable con función ergonómica, que ofrezca máximo confort para largas esperas. Debe ser configurada en bancos de 3 puestos sin posa brazo entre asiento y asiento	**CUMPLE**
	Todos los componentes en tubería de acero cromado extrareforzado. Resistencia aproximada para 120 kg por asiento. Medidas aproximadas alto total 75-78 cm, Largo 170-180 cm, Fondo del asiento 60-68 cm. Asientos y respaldos de láminas perforadas. Deben estar acabados y pulidos. Todos los componentes pintados, deben llevar pinturas horneadas aplicadas electroestáticamente y por medio de un sistema sustentable y ecológico.	**CUMPLE**
Silla fija	Características Generales: Estructuras tubular de 1.50 mm de espesor como mínimo, con pintura horneada y base anticorrosiva	**CUMPLE**
	Acolchado anatómico con espuma de alta densidad (densidad de 30 como mínimo) con revestimiento en cuerina reforzada. Color a azul o negro.	**CUMPLE**
Alacena	Alacena de madera o similar, para cocina, con 3 puertas y con panel vidriado. Con las siguientes medidas 1,20 mts. x 0,35 mts.	**CUMPLE**
Perchero para abrigos y ropas.	Perchero de pie de estructura tubular de metal con tapa de plástico, diseño vertical del perchero de ropa de aproximadamente 170 cm, con cuatro portadores metálicos, la punta de los ganchos superiores ofrece más espacio para colgar gorras, ropas o bufanda	**CUMPLE**
Pizarra acrílica	Estructura rectangular de 1,2 por 1,6 mts con borde en aluminio y placa de acrílico de 1 mm sobre base de terciada de 7 mm., esquinas con refuerzo.	**CUMPLE**
Franelógrafo	Estructura rectangular de corcho con medidas de 60x90 cms y con bordes de madera.	**CUMPLE**
Vitrina para medicamentos	Vitrina para medicamentos: Para almacenamiento y resguardo de medicamentos. Características generales: Estructura de acero con acabado cromo o esmaltado al horno resistentes a medios corrosivos	**CUMPLE**
	Vitrina de mínimo 5 repisas de altura regulable con cobertura anticorrosiva Dos puertas rebatibles con sección superior de vidrio de 6 mm de espesor y cerradura de cilindro	**CUMPLE**
	Patas con regatones de materia plástica regulables en altura. Angulo de apertura de las puertas 180º Medidas 0.92 m de ancho x 0.40 m de profundidad x 1.80 m de altura	**CUMPLE**
	Rango de variación en dimensiones preestablecidas con un margen de más o menos 0.05 m.	**CUMPLE**
Vitrina metálica de 2 cuerpos con llave para consultorio	Vitrina metálica de 2 cuerpos con llave para consultorio Función para almacenamiento y resguardo de instrumentos médicos	**CUMPLE**
	s Características Generales Fabricado en estructura de chapa de 0.6 m (cuerpo) y 0.7 mm (puertas) como mínimo	**CUMPLE**
	Vitrina de mínimo 4 repisas de altura regulable con cobertura anticorrosiva. Repisas con capacidad de soporte de mínimo 20 kg.	**CUMPLE**
	Dos puertas rebatibles de vidrio espesor 6 mm con cerradura de cilindro. Patas con regatones de materia plástica regulables en altura. Angulo de apertura de las puertas 180º Medidas 0.92m de ancho x 0.40m de profundidad x 1.80 m de altura. Rango de variación en dimensiones preestablecidas con un margen de más o menos 0.05m	**CUMPLE**
	Armario con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas	**CUMPLE**
	. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estantes en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas, llave en la puerta y 1 estante interno	**CUMPLE**
	Dim. generales :(Ancho 0.45 mts, altura: 0.60 mts, profundidad: 0.40 mts).	**CUMPLE**

Abg. Gustavo M. Cardozo
Mat. C.S.J. N° 3015

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Ramiro [illegible] Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Armario con puerta batiente	. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una cara vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: nuez veteado. Cerradura con llave tipo Yale.	**CUMPLE**
Juego de comedor	Mesa Rectangular medidas de 0,70 cm de ancho, 1,20 de largo, 0,78 alto.	**CUMPLE**
	Estructura de metal con tapa revestida en formica y cuatro sillas con estructura de metal	**CUMPLE**
	Color a elección de la convocante - presentar muestra	**CUMPLE**
Heladeras Verticales	Capacidad interna de heladera no menor a 320 litros (sin incluir el congelador en la consideración de la capacidad interna), de 2 puertas, color blanco, deshielo	**CUMPLE**
	semiautomático, rejillas regulables, puerta reversible, separador de botellas, ruedas para desplazamiento, gaveta de legumbres, Compresor para refrigerante R 134 O R600 ecológico. Garantía escrita mínima de 1 (un) año	**CUMPLE**
Televisor pantalla plana de 43"	Televisor de 43" con pantalla LCD delgada, con alta definición de imágenes, sonido soundround, entrada de audio y video con soporte de pared o techo. Instalado con 1 año de garantía como mínimo. Incluir antena receptora de canales estándar.	**CUMPLE**
Balde plástico mediano	Balde de plástico mediano, con capacidad de 20 litros al menos en colores variados, con mango de metal, sin tapa	**CUMPLE**
Cocina a gas	Cocina a Gas de 4 hornallas sin seca platos con mesada de acero inoxidable, calienta platos, horno auto limpiante, con conexión y una garrafa de 10 kilos, con garantía de 1 año	**CUMPLE**
Basurero mediano de plástico	Continente redondo con tapa rebatible. tipo buzón. sin rueda, capacidad mínima de 50 litros en plástico (color verde).	**CUMPLE**

Ramiro Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. N° 30152

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE GABINETE

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA

Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR

LPI N° 02/2020

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIOS PARA 18 USF

ELEGIBILIDAD						
FACTORES	HANDRUG INGENIERIA	MEGA SERVICE S.R.L.	M&F COMERCIAL Y INDUSTRIAL REPRESENTACIONES S.A.	NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA	AC S.R.L.	ARGON S.R.L.
Formulario de Información del Oferente	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Formulario de Presentación de Oferta	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Formulario de Listas de Precios	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Lista de Precios: Bienes de origen fuera del País del Comprador previamente importados	NO APLICA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Lista de Precios: Bienes de origen en el País del Comprador	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Precio y Cronograma de cumplimiento - Servicios Conexos	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Declaración de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CAPACIDAD LEGAL						
FACTORES	HANDRUG INGENIERIA	MEGA SERVICE S.R.L.	M&F COMERCIAL Y INDUSTRIAL REPRESENTACIONES S.A.	NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA	AC S.R.L.	ARGON S.R.L.
Fotocopia de los documentos que acrediten la existencia legal de la empresa tales como Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales, inscripto en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos	CUMPLE SIPE 1632842	CUMPLE SIPE 1632835	CUMPLE SIPE 1632801	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia del poder otorgado por Escritura Pública y los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas	CUMPLE SIPE 1632842	CUMPLE SIPE 1632835	CUMPLE SIPE 1632801	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	CUMPLE	CUMPLE SIPE 1632835	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y artículo 20 inciso w, de la Ley N° 2051. No estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar con el Estado Paraguayo.	CUMPLE	CUMPLE SIPE 1632835	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia del Certificado de Cumplimiento Tributario para oferentes domiciliados en Paraguay	CUMPLE SIPE 1632842	CUMPLE SIPE 1632835	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Los oferentes deberán presentar documentos por la cual acredita que es fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay de las marcas de los bienes ofertados, a dicho efecto deberá presentar la Carta de Autorización Original o fotocopia autenticada ante Escribanía Pública/Notario Público competente:	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a) **Para los Fabricantes:** Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado y poseer un representante en el país del comprador para asistencia técnica 24/7 y provisión de repuestos	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
b) **Para los Representantes o Distribuidores:** Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante y poseer un representante en el país del comprador para asistencia técnica 24/7 y provisión de repuestos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
Solo para bienes Equipos o Dispositivos Médicos: i) Certificado de comercialización vigente o en trámite de renovación expedido por el MSPYBS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
El plazo de validez de la oferta será de 120 días.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
La oferta deberá incluir una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, utilizando el Formulario incluido en la Sección IV Formularios de la Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ramiro F. Doldy Acuñón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Dr. Bernardo Sánchez Torres
Médico-Cirujano
Reg. Prof. No. 2994

Abg. Gustavo M. Cardozo M.
Mat. C.S.J. N° 30152