DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTASY RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN– LCO Nº 03/2013-SBE"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO– I.D. Nº 258.736

En la ciudad de Asunción, a los **VEINTE Y SIETE** días del mes de **SETIEMBRE** del año **DOS MIL TRECE**, en el Departamento de Licitaciones, sito en la calle Pettirossi esquina Brasil, se procede a la Evaluación de las Ofertas recibidas en el llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2.013"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO" – I.D. Nº 258.736**,convocado por el **Instituto de Medicina Tropical, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**, cuya Apertura de Sobres se realizó en fecha 02 de setiembre de 2.013.

Para tal efecto, se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas según **RESOLUCIÓNS.G. N° 94, de fecha 11 de setiembrede 2.013**:

1. **ABG. Christian Rìos, Representante de la AsesorìaJurìdica de la D.G.O.C.**
2. **SR. Adolfo Maldonado, Representante de la Direcciòn Biomèdica de la Direcciòn General de Gestiòn de Insumos Estratégicos en Salud.**
3. **SR. Miguel Leòn, Representante de la Unidad Tècnica de Apoyo de la D.G.O.C.**
4. **SR. Eliseo Gonzalez, Tècnico – Jefe del Departamento Biomèdico del Instituto de Medicina Tropical.**

PRIMERO: Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado: **El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES; ADENDA Nº 01y 02, LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

SEGUNDO:La presente Licitación Por Concurso de Ofertas **corresponde al PAC Institucional Nº 258.736, cuyo monto para el presente año 2013 asciende a Gs. 300.000.000(GuaraníesTrescientos millones)** según programa anual de contrataciones del presente llamado y las estimaciones globales de costo, como lo establece el **Art. 15 de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 13 del Decreto Nº 21909/03 que lo reglamenta,** por lo que la presente Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 03/2013, dispone de respaldo presupuestario para la eventual adjudicación.

TERCERO:Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, de fecha **02de setiembre de 2.013**, observándose la recepción de **10 (diez)** ofertas, las que se detallan en el siguiente cuadro:

Nº	EMPRESAS OFERENTES:	MONTO TOTAL DE LA OFERTA:
1	**PRAXAIR** Seguro: La Consolidada S.A Mantenimiento de la oferta – Póliza N°: 007.1508.027783/000 Vigencia de la Póliza: 29/08/2013 hasta 06/01/2014-130 días Folio del 01 al 057	**Gs. 32.736.000**
2	**ARGON S.R.L.** Seguro: La Consolidada S.A. Mantenimiento de la oferta – Póliza N°: 007.1508.027785/000 Vigencia de la Póliza: 28/08/2013 hasta 25/01/2014 – 150 días Folio del 01 al 142	**Gs. 330.756.190**
3	**B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A** Seguro: Segesa Mantenimiento de la oferta – Póliza N°: 4.1508.0001444.0000 Vigencia de la Póliza: 28/08/2013 hasta 25/01/2014 – 150 días Folio del 01 al 177	**Gs. 40.371.989**
4	**STEVEN S S.A.** Seguro: La Consolidada S.A Mantenimiento de la oferta – Póliza N°: 007.1508.027782/000 Vigencia de la Póliza: 28/08/2013 hasta 05/01/2014 – 130 días Folio del 01 al 038	**Gs. 182.659.996**
5	**IMESE S.A.** Seguro: La Consolidada S.A. Mantenimiento de la oferta – Póliza N°: 007.1508.027787/000 Vigencia de la Póliza: 28/08/2013 hasta 05/01/2014 – 130 días Folio del 01 al 081	**Gs. 111.000.000**
6	**JACK FACK S.R.L.** Seguro: La Consolidada S.A. Mantenimiento de la oferta – Póliza N°: 007.1508.027788/000 Vigencia de la Póliza: 29/08/2013 hasta 06/01/2014 – 130 días Folio del 01 al 224	**Gs. 47.948.890**
7	**G.T. SCIENTIFIC S.A.** Seguro: Seguros Chaco S.A. Mantenimiento de la oferta – Póliza N°: 22.1508.10226/000 Vigencia de la Póliza: 29/08/2013 hasta 06/01/2014 – 130 días Folio del 01 al 089	**Gs. 37.954.398**

Miguel León
COORDINADOR UTA

Abog. Christian G. Ríos C.
ABOGADO
MSP y B.S. - D.O.C.

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

8	**ELIZECHE SAC** Seguro: Garantía Mantenimiento de la oferta – Póliza N°: 15.1508.0000942.0000 Vigencia de la Póliza: 28/08/2013 hasta 31/12/2013 – 125 días Folio del 01 al 062	**Gs.135.250.000**
9	**DEZETA S.A.** Seguro: Asepasa Mantenimiento de la oferta – Póliza N°: 18.1508.08028/000 Vigencia de la Póliza: 28/08/2013 hasta 31/12/2013 – 125 días Folio del 01 al 127	**Gs. 137.239.000**
10	**SCARPE S.R.L.** Seguro: El Comercio Paraguayo Mantenimiento de la oferta – Póliza N°: 1.1508.0009010.0000 Vigencia de la Póliza: 28/08/2013 hasta 25/01/2014 – 150 días Carpeta No Foliada	**Gs. 45.500.000**

OBS.: Las empresas participantes se encuentran habilitadas para Contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

CUARTO: **El Comité de Evaluación verifica el cumplimiento de los documentos de carácter sustancial establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones**:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO:	PRAXAIR	ARGON S.R.L.	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	STEVEN S S.A.	IMESE S.A.	JACK FACK S.R.L.	GT SCIENTIFIC S.A.	ELIZECHE SAC	DEZETA S.A.	SCARPE S.R.L.
Formulario Oferta: El oferente presentará el formulario de oferta que se adjunta en el Anexo 2.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta: 120 (ciento veinte) DIAS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que acreditan la existencia legal de la persona jurídica, tales como Escritura Publica y Protocololización de los Estatutos Sociales, los Estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas en la Dirección de Registros Públicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante tales como las actas de asamblea y del directorios en caso de las sociedades anónimas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Miguel León
COORDINADOR - UTA

Abog. Christian G. Ríos C.
ABOGADO
M.S.P. y B.S. - D.O.C.

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40, y la Declaración Jurada de Integridad del Art. 20 inciso W de la Ley 2051/03.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

QUINTO: Se da lectura al **Análisis del contenido documental legal,** realizado por el Abg. Christian E. Ríos C. – Representante de la Asesoría Jurídica de la Dirección General Operativa de Contrataciones según **Informe de Documentos Sustanciales, de fecha 19 de setiembre de 2.013,** el cual concluye que:

1- **INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.:**(foliada del 01 al 057), contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, se visualiza la Constancia SIPE N° 1262982.
2- **ARGON S.R.L.:**(foliada del 01 al 142), contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, no consta en la carpeta Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o Constancia de no estar Inscripto, presenta Constancia SIPE N° 1262846 con estado activo de las demás documentaciones, excepto la mencionada anterior la cual se halla con estado vencido.
3- **B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.:**(foliada del 01 al 177), contiene los documentos sustanciales requeridos por le Pliego de Bases y Condiciones, se visualiza la constancia SIPE N° 1262594.
4- **STEVEN S S.A.:**(foliada del 01 al 038), contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, no consta en la carpeta el Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o Constancia de no estar Inscripto y el Balance Gral. y Estado de Resultado, presenta Constancia SIPE N° 1263012 con estado Activo de las demás documentaciones, excepto las mencionadas anteriormente las cuales se hallan con estado vencido.
5- **IMESE S.A.:**(foliada del 01 al 038), contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, se visualiza la Constancia SIPE N° 1263053.
6- **JACK FACK S.R.L.:**(foliada del 01 al 224), contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, se visualiza la Constancia SIPE N° 1262991.
7- **GT SCIENTIFIC S.A.:**(foliada del 01 al 089), contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, se visualiza la Constancia SIPE N° 1262900.
8- **ELIZECHE SAC.:**(foliada del 01 al 062), contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, se visualiza la Constancia SIPE N° 1262989.
9- **DEZETA S.A.:**(foliada del 01 al 127),contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, se visualiza la Constancia SIPE N° 1261661.
10- **SCARPE S.R.L.:**(sin foliatura), contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, no consta en la carpeta el Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o Constancia de no estar Inscripto, presenta Constancia SIPE N° 1263031 con estado Activo de las demás documentaciones, excepto la mencionada anterior la cual se halla con estado vencido.

SEXTO: Se da lectura al resultado del **Análisis de Ratios Financieros,** que forma parte del presente Acta de Evaluación, practicado a los Balances de las empresas oferentes, elaborado por la Lic. Anicia C. Romero, Asesora Técnica de la Dirección General Operativa de Contrataciones, remitido por MEMORANDO A.T./D.O.C. Nº 107/2013 de fecha 20 de setiembre de 2.013, a fin de determinar si la misma cuenta con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones:

EMPRESA N° 01 INDÚSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2010		AÑO 2011		AÑO 2012		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	77.576.273.095 / 10.549.671.114	7,35	87.355.840.218 / 10.838.048.433	8,06	69.428.377.583 / 8.644.879.874	8,03	7,81	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	10.549.671.114 / 111.636.208.780	0,09	10.838.048.433 / 122.411.781.944	0,09	8.644.879.874 / 120.610.167.986	0,07	0,08	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	7.738.666.684 / 31.748.000.000	0,24	9.098.642.845 / 31.748.000.000	0,29	6.679.464.389 / 31.748.000.000	0,21	0,25	CUMPLE

Miguel León
COORDINADOR - UTI

Abog. Christian E. Ríos C.
ABOGADO
M.S.P. y B.S. - D.G.C.

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

EMPRESA Nº 02 ARGON S.R.L.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2010		AÑO 2011		AÑO 2012		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	10.887.495.851 / 3.795.030.063	2,87	11.826.850.652 / 3.333.033.611	3,55	14.677.069.683 / 4.579.388.573	3,21	3,21	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	4.031.516.967 / 12.049.671.829	0,33	3.469.520.515 / 13.423.030.007	0,26	4.579.388.573 / 15.937.767.915	0,29	0,29	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	1.821.175.910 / 3.000.000	607,06	1.878.644.138 / 3.000.000	626,21	1.898.629.564 / 3.000.000	632,88	622,05	CUMPLE

EMPRESA Nº 03 BBRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2010		AÑO 2011		AÑO 2012		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	52.953.279.613 / 30.998.151.982	1,71	46.336.582.288 / 22.337.702.674	2,07	52.308.080.466 / 34.649.143.275	1,51	1,76	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	39.054.043.842 / 65.151.138.430	0,60	26.319.365.956 / 59.063.338.718	0,45	36.480.178.336 / 64.542.892.452	0,57	0,54	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	4.375.462.524 / 17.119.828.436	0,26	6.764.914.900 / 20.620.198.455	0,33	1.454.230.320 / 20.621.000.000	0,07	0,22	CUMPLE

EMPRESA Nº 04 STEVEN'S S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2010		AÑO 2011		AÑO 2012		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	1.312.963.661 / 90.117.176	14,57	2.624.610.140 / 1.050.094.365	2,50	* / *	*	*	*
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	90.117.176 / 1.315.879.479	0,07	1.050.094.365 / 2.714.298.112	0,39	* / *	*	*	*
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	291.376.994 / 1.000.000.000	0,29	416.382.532 / 1.000.000.000	0,42	* / *	*	*	*

****OBS: LA EMPRESA OFERENTE "STEVEN'S S.A.", NO PRESENTA BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2012 EN SU CARPETA DE OFERTAS, TAMPOCO SE ENCUENTRA EN EL SIPE, MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUEDE HALLAR EL INDICE DEL MENCIONADO AÑO, TAMPOCO NOS PERMITE CONOCER EL PROMEDIO Y LA CALIFICACIÓN EN VIRTUD AL PBC - (a) CAPACIDAD FINANCIERA. QUEDA A CRITERIO DEL COMITÉ EVALUADOR, LA TOMA DE DECISION RESPECTO AL CASO.

Miguel León
COORDINADOR - UTA

Abog. Christian O. Ríos C.
ABOGADO
M.S.P. y B.S. - D.O.C.

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

EMPRESA Nº 05 IMESE S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2010		AÑO 2011		AÑO 2012		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	5.426.582.304 / 1.219.229.692	4,45	7.578.170.591 / 2.823.816.198	2,68	5.281.344.264 / 260.743.728	20,25	9,13	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1.219.229.692 / 6.497.613.280	0,19	2.823.816.198 / 8.668.879.599	0,33	260.743.728 / 6.286.642.104	0,04	0,18	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	857.917.929 / 2.800.000.000	0,31	1.322.824.520 / 2.800.000.000	0,47	1.387.236.811 / 2.800.000.000	0,50	0,42	CUMPLE

EMPRESA Nº 06 JACK FACK S.R.L.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2010		AÑO 2011		AÑO 2012		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	8.985.928.312 / 1.792.511.751	5,01	10.784.062.635 / 1.454.253.241	7,42	16.897.840.367 / 6.536.067.358	2,59	5,00	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1.792.511.751 / 9.696.824.977	0,18	1.454.253.241 / 11.601.727.474	0,13	6.536.067.358 / 17.673.999.946	0,37	0,23	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	1.307.390.510 / 2.140.000.000	0,61	2.208.042.709 / 2.140.000.000	1,03	957.915.293 / 2.140.000.000	0,45	0,70	CUMPLE

EMPRESA Nº 07 G.T. CIENTIFIC S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2010		AÑO 2011		AÑO 2012		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	5.777.073.620 / 1.314.742.712	4,39	10.362.996.233 / 4.206.242.510	2,46	9.634.245.740 / 2.721.039.591	3,54	3,47	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1.314.742.712 / 7.338.635.515	0,18	4.206.242.510 / 12.341.824.003	0,34	2.721.039.591 / 12.094.456.318	0,22	0,25	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	1.088.371.221 / 3.000.000.000	0,36	1.851.567.007 / 3.000.000.000	0,62	1.210.507.207 / 3.000.000.000	0,40	0,46	CUMPLE

Miguel León
Coordinador - UTA

Abog. Christian G. Ríos C.
ABOGADO
M.S.P. y B.S. - D.O.C.

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

EMPRESA N° 08 EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2010		AÑO 2011		AÑO 2012		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	8.316.956.531 / 5.531.287.596	1,50	8.656.521.008 / 6.721.615.145	1,29	12.156.613.013 / 9.756.313.299	1,25	1,35	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	5.806.101.989 / 9.586.070.200	0,61	6.721.615.145 / 9.635.794.184	0,70	10.124.234.395 / 13.947.404.355	0,73	0,68	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	2.472.548.468 / 750.000.000	3,30	13.072.875 / 1.500.000.000	0,01	847.385.453 / 1.500.000.000	0,56	1,29	CUMPLE

EMPRESA N° 09 DEZETA S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2010		AÑO 2011		AÑO 2012		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	7.935.701.308 / 6.381.768.426	1,24	10.273.435.790 / 5.951.056.520	1,73	10.461.324.463 / 6.049.817.350	1,73	1,57	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	6.381.768.426 / 9.484.104.778	0,67	5.951.056.520 / 10.346.184.464	0,58	6.049.817.350 / 10.534.589.653	0,57	0,61	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	438.887.623 / 2.500.000.000	0,18	1.581.014.144 / 2.500.000.000	0,63	847.182.235 / 2.500.000.000	0,34	0,38	CUMPLE

EMPRESA N° 10 SCARPE S.R.L.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2010		AÑO 2011		AÑO 2012		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	4.719.058.439 / 757.940.634	6,23	4.114.489.112 / 189.623.995	21,70	4.919.287.522 / 233.552.985	21,06	16,33	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	757.940.634 / 4.763.312.236	0,16	189.623.995 / 4.154.569.147	0,05	233.552.985 / 4.960.672.823	0,05	0,08	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	911.564.526 / 528.000.000	1,73	569.639.884 / 528.000.000	1,08	760.992.949 / 528.000.000	1,44	1,42	CUMPLE

SEPTIMO:CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte íntegra del presente Acta de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C.**

OCTAVO: Se deja Constancia que la Empresa Steven s S.A. presento una oferta en el Acta de Sesiòn Pùblica Virtual por un monto total de Gs. 1.980.000, con relaciòn al ítem 20 – Oximetro de Pulso Adulto y en la planilla de Ofertas y Lista de precios se visualiza un monto total de Gs. 10.980.000, siendo este punto destacado en el Acta de Aperturas Nº 31/2013 por el

Miguel León
COORDINADOR UOC

Abog. Christian G. R.
ABOGADO
M.S.P. y B.S.

Eliseo Gonzalez
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Representante de la firma Argon S.R.L; consecuentemente el Precio Unitario de la oferta presentada por la empresa Steven s S.A se ha modificado por lo que se desestima su oferta en el ítem 20.

NOVENO: Se deja constancia que algunas ofertas presentadas en el Acta de Apertura difieren con respecto al Acta de Sesiòn Virtual, en consideración a la Resoluciòn DNCP Nº 402/2012 "Por la cual se deroga la Resoluciòn Nº 936/09 y se aprueba normas complementarias al procedimiento de Subasta a la Baja Electronica"; Art. 3º.

DÈCIMO: Forma parte íntegra de este documento **EL INFORME TECNICO elaborado por el Sr. Adolfo Maldonado – Representante de la Dirección Biomédica de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud y el Sr. Miguel León – Representante de la Unidad Técnica de Apoyo de la Dirección General Operativa de Contrataciones,** en donde se analizan las ofertas presentadas por las Empresas participantes en el marco de la Etapa de Evaluación de la presente licitación, a los efectos de constatar si los mismos reúnen las condiciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda emitida, para su posterior recomendación de adjudicación.

Ítem	Código	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Unidad de Medida	Empresa	Evaluación porcentual	Recomendación
1	42222002-001	Bomba de Infusión a Jeringar	HAWMED	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	ARGON S.R.L.	65%	SE ESTUDIA PRIMERAMENTE LA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ELIZECHE SAC, Y SE VERIFICA QUE NO CUMPLE CON EL SIGUINETE PUNTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: Amplio intervalo para seleccionar velocidades de flujos desde muy baja hasta muy alta (desde 0.1 ml./hora hasta 200 ml./hora como minimo). EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: JERINGA DE 5 ML: 0,1-100 ML/H. NO CUMPLE; ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMPRESA ELIZECHE SAC POR NO CUMPLIR TOTALMENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC. SE ESTUDIA LA SIGUIENTE SEGUNDA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESSA SCARPE S.R.L., SE VERIFICA QUE NO CUMPLE EN EL SIGUIENTE PUNTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: Amplio intervalo para seleccionar velocidades de flujos desde muy baja hasta muy alta (desde 0.1 ml./hora hasta 200 ml./hora como minimo). EL EQUIPO OFERTADO NO CUMPLE EN EL SIGUIENTE REQUERIMIENTO: JERINGA DE 5 ML: 0,1-100 ML/H. NO CUMPLE; ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMRESA SCARPE S.R.L. POR NO CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC. **SE ESTUDIA LA TERCERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L. Y SE VERIFICA QUE EL EQUIPO OFERTADO CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC ENTONCES SE RECOMIENDA SU ADJUDICACIÒN.**
2	42191807-002	CAMA MANUAL PARA PACIENTE	HILL ROM	USA	UNIDAD	UNIDAD	IMESE S.A.	99%	SE ESTUDIA PRIMERAMENTE LA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L. Y SE VERIFICA QUE EL EQUIPO OFERTADO ES UNA CAMA ELECTRICA Y SE REQUIERE UNA CAMA MANUAL. ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMRESA ARGON S.R.L. SEGUIDAMENTE SE ESTUDIA LA SEGUNDA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA IMESES S.A, PERO SE VERIFICA QUE EL PRECIO DEL EQUIPO OFERTADO SOBREPASA EL 99% DEL PRECIO REFERENCIAL, **ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA, QUEDANDO DESIERTO ESTE ÍTEM.**
3	42172101-004	CARRO DE PARO	ESTRELLA	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	ARGON S.R.L.	41%	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÒN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA ARGON S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC.
4	42201503-004	CHASIS CON PANTALLA REFORZADORA RADIOLOGICO MEDIDA 35*35	MEDTRUE	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	DEZETA S.A.	-45%	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DEZETA S.A. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÒN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA DEZETA S.A. POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC.
5	42201503-004	CHASIS CON PANTALLA REFORZADORA RADIOLOGICO MEDIDA 35*43	MEDTRUE	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	DEZETA S.A.	-45%	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DEZETA S.A. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÒN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA DEZETA S.A. POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC.

Miguel León
Abog. Christian O. Ruiz C.
ABOGADO
M.S.P. y B.S.
Elíseo González
Jefe de Mant. Biomédico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

6	42141607-003	CHATA DE ACERO INOXIDABLE	FAMIITA	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	ARGON S.R.L.	175%	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L. Y SE VERIFICA QUE EL PRECIO DEL EQUIPO OFERTADO SOBREPASA EN 175% EL PRECIO REFERENCIAL, **ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA QUEDANDO DESIERTO ESTE ÍTEM.**
7	40161701-001	CENTRIFUGA	GEMMY	TAIWAN	UNIDAD	UNIDAD	ARGON S.R.L.	42%	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA ARGON S.R.L.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC.
8	422040202-002	DELANTALES DE PLOMO PARA PROTECCIÓN RADIOLOGICO	KIRAN	INDIA	UNIDAD	UNIDAD	JACK FACK S.R.L.	-41%	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA JACK FACK S.R.L. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA JACK FACK S.R.L.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC.
9	41104506-002	ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN	GEMMY	TAIWAN	UNIDAD	UNIDAD	ARGON S.R.L.	44%	SE ESTUDIA PRIMERAMENTE LA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA SCARPE S.R.L., Y SE VERIFICA QUE NO CUMPLE CON EL SIGUIENTE PUNTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Reloj interruptor de 0 a 24 Hs. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: NO TIENE EL CUMPLIMIENTO DE RELOJ INTERRUPTOR. NO CUMPLE, ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMPRESA SCARPE S.R.L. POR NO CUMPLIR TOTALMENTE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC. **SE ESTUDIA LA SIGUIENTE SEGUNDA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESSA ARGON S.R.L. Y SE VERIFICA QUE EL EQUIPO OFERTADO CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC, ENTONCES SE RECOMIENDA SU ADJUDICACIÓN.** TAMBIÉN SE INFORMA QUE EL EQUIPO ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN TIENE LA FUNCIÓN DE ESTERILIZAR INSTRUMENTALES QUIRURGICOS, INSUMOS Y TEXTILES UTILIZADOS EN VARIOS SERVICIOS DE ESTA DEPENDENCIA HOSPITALARIA. SIN ESTE EQUIPO NO PODRÁN SER ESTERILIZADOS ESTOS INSTRUMENTALES, INSUMOS Y TEXTILES, QUEDANDO AFECTADA LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, LABORATORIO, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y SALAS DE INTERNADOS, Y SIN ESTE EQUIPO SE DEBERÁ CERRAR TODOS ESTOS SERVICIOS Y CORRERÁN PELIGRO DE MUERTE LOS PACIENTES SIN EL SERVICIO DE QUIROFANO Y UTI.
10	42191709-003	FLUJOMETRO	AMVEX	CANADÁ	UNIDAD	UNIDAD	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	5%	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC.
11	41103311-005	MANOMETRO PARA AIRE COMPRIMIDO	VORTECH	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	100%	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L., PERO SE VERIFICA QUE EL PRECIO DEL EQUIPO OFERTADO SOBREPASA EL 100% DEL PRECIO REFERENCIAL, ENTONCES **SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA, QUEDANDO DESIERTO ESTE ÍTEM.**
12	42191709-006	REGULADOR DE VACIO	GCE	REP. CHECA	UNIDAD	UNIDAD	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	28%	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC.

Miguel León
C.I. [illegible] - UTA

Abog. Christian G. Ríos C.
ABOGADO
M.S.P. y B.S. - D.O.C.

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

13	42181904-002	MONITOR MULTIPARAMETRICO	EDAN	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	ARGON S.R.L.	55%	SE ESTUDIA PRIMERAMENTE LA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DEZETA S.A. Y SE VERIFICA QUE NO CUMPLE CON EL SIGUIENTE PUNTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: Modo curvas para papel 25 y 50 mm/s. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: 0.5 A 25 Hz. NO CUMPLE; ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMPRESA DEZETA S.A. POR NO CUMPLIR TOTALMENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC. SE ESTUDIA LA SIGUIENTE SEGUNDA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L., SE INFORMA QUE SE REALIZO UNA CONSULTA SEGÙN NOTA DA IMT Nº 189/2013 EN DONDE SE REQUIERE LAS SIGUIENTES ACLARACIONES: Presiòn invasiva; Instalación del equipo y soporte en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientes, incluir todos los materiales necesarios; Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años despues de la adquisición del equipo. LA EMPRESA ARGON S.R.L. RESPONDIÓ A LA CONSULTA DE LA SIGUIENTE FORMA: EL EQUIPO OFERTADO TIENE LAS CARACTERISTICAS DE PRESIÒN INVASIVA; LA EMPRESA ARGÒN S.R.L. INSTALARÀ Y DARÀ SOPORTE EN LA INSTITUCIÒN DESIGNADA, Y DARÀ CAPACITACIÒN DE USO Y DE SERVICIO TÈCNICO DEL MISMO A USUARIOS Y TÈCNICOS, INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS; LA EMPRESA GARANTIZA LA PROVISÒN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LO MENOS 10 (DIEZ) AÑOS DESPUES DE LA ADQUISICIÒN DEL EQUIPO. **SE VERIFICA QUE EL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA ARGON S.R.L. CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC, ENTONCES SE RECOMIENDA SU ADJUDICACIÒN.** SE INFORMA ADEMÁS QUE EL MONITOR MULTIPARAMETRICO TIENE LA FUNCIÓN DE MONITOREAR EL ESTADO DEL PACIENTE, COMO TEMPERATURA, PRESIÒN NO INVASIVA, PRESIÒN INVASIVA, ELECTROCARDIOGRAMA, RESPIRACIÒN, OXIMETRÍA DE PULSO QUE SON DATOS O INFORMACIONES VITALES PARA EL ESTADO DE UN PACIENTE EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA. SIN ESTE EQUIPO NO SE PODRÀ HBILITAR CAMA O LUGAR PARA PACIENTES EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA QUEDANDO AFECTADO LOS PACIENTES QUE REQUIERAN DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y SIN ESA ATENCIÒN PRODUCIRA EL FALLECIMIENTO DEL PACIENTE.
14	42191705-001	PANEL DE ALARMA VISUAL Y ACUSTICA PARA GAS MÉDICO	OHIO	USA	UNIDAD	UNIDAD	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	22%	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÒN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC.
15	42203702-001	PROCESADORA AUTOMATICA DE PLACAS RADIOGRAFICAS	ECOMAX	ALEMANIA	UNIDAD	UNIDAD	DEZETA S.A.	-52%	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DEZETA S.A. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÒN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA DEZETA S.A.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC.
16	41123403-003	PORTASUEROS	ESTRELLA	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	ARGON S.R.L.	264%	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L., PERO SE VERIFICA QUE EL PRECIO DEL EQUIPO OFERTADO SOBREPASA EL 264% DEL PRECIO REFERENCIAL, **ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA, QUEDANDO DESIERTO ESTE ÍTEM.**
17	42181515-007	RIÑONERA MEDIDA 25 CMS	B BRAUN AESCULAP	ALEMANIA	UNIDAD	UNIDAD	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY	14%	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÒN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC.

Miguel León
Coordinador DGOC-UTA

Abog. Christian E. Ríos C.
ABOGADO
M.S.P. y B.S. - D.O.C.

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

18	42181515-007	RIÑONERA MEDIDA 30 CMS	B BRAUN AESCULAP	ALEMANIA	UNIDAD	UNIDAD	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY	9%	SE ESTUDIA PRIMERAMENTE LA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.Y SE VERIFICA QUE EL EQUIPO OFERTADO NO CUMPLE EN EL SIGUIENTE PUNTO: Medida: 30 cm, EL EQUIPO OFERTADO TIENE UNA MEDIDA DE 27 CMS. NO CUMPLE. ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMRESA B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. PORQUE NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC. **SEGUIDAMENTE SE ESTUDIA LA SEGUNDA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L. Y SE VERIFICA QUE EL EQUIPO OFERTADO CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC ENTONCES SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÒN A LA EMPRESA ARGON S.R.L.**
19	42181801-001	OXIMETRO DE PULSO ADULTO	EDAN	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	ARGON S.R.L.	47%	SE ESTUDIA PRIMERAMENTE LA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DEZETA S.A. Y SE VERIFICA QUE NO CUMPLE CON EL SIGUIENTE PUNTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: 1. Capacidad de almacenaje de datos de 300 horas o mas. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: 70 HS. NO CUMPLE. 2. SPO2/ RANGO: 0-100% o mejor. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: 35-99% NO CUMPLE. 3. Rangos: 25-254 bprn o mejor. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: 30 A 240 bpm.NO CUMPLE; ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMPRESA DEZETA S.A. POR NO CUMPLIR TOTALMENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC. SE ESTUDIA LA SIGUIENTE SEGUNDA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA STEVEN S S.A. Y SE VERIFICA QUE NO CUMPLE CON EL SIGUIENTE PUNTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: 1. Capacidad de almacenaje de datos de 300 horas o mas. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: 72 HS. NO CUMPLE; ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMPRESA STEVEN S S.A. POR NO CUMPLIR TOTALMENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC. SE PROCEDE A ESTUDIAR **LA TERCERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L. SE VERIFICA QUE EL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA ARGON S.R.L. CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC, ENTONCES SE RECOMIENDA SU ADJUDICACIÒN.** SE INFORMA ADEMÀS QUE EL EQUIPO OXIMETRO DE PULSO TIENE LA FUNCIÒN DE MEDIR LA CANTIDAD DE OXIGENO EN EL PULSO SANGUINEO, ESTE EQUIPO MONITOREA A UN PACIENTE CRÌTICO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS Y SALAS DE INTERNACIÒN. SIN ESTE EQUIPO LOS PROFESIONALES DE SALUD NO PODRÀN MONITOREAR EL ESTADO DE UN PACIENTE Y ASÌ NO PODRÀ RECIBIR LA ATENCIÒN MÉDICA NECESARIA.

Miguel León
COORDINADOR - UIA

Abog. Christian G. Rus C.
ABOGADO
M.S.P. y B.S. - D.O.C.

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

20	42181801-001	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO	EDAN	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	ARGON S.R.L.	37%	SE ESTUDIA PRIMERAMENTE LA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DEZETA S.A. Y SE VERIFICA QUE NO CUMPLE CON EL SIGUIENTE PUNTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1. Capacidad de almacenaje de datos de 300 horas o mas. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: 70 HS. NO CUMPLE. 2. SPO2/ RANGO: 0-100% o mejor. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMEINTO POR: 35-99% NO CUMPLE. 3. Rangos: 25-254 bpm o mejor. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: 30 A 240 bpm.NO CUMPLE; ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMPRESA DEZETA S.A. POR NO CUMPLIR TOTALMENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC. **SE ESTUDIA LA SIGUIENTE SEGUNDA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L. SE VERIFICA QUE EL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA ARGON S.R.L. CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC, ENTONCES SE RECOMIENDA SU ADJUDICACIÒN.** SE INFORMA ADEMÁS QUE EL EQUIPO OXIMETRO DE PULSO TIENE LA FUNCIÒN DE MEDIR LA CANTIDAD DE OXIGENO EN EL PULSO SANGUINEO, ESTE EQUIPO MONITOREA A UN PACIENTE CRÍTICO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS Y SALAS DE INTERNACIÒN. SIN ESTE EQUIPO LOS PROFESIONALES DE SALUD NO PODRÀN MONITOREAR EL ESTADO DE UN PACIENTE Y ASÌ NO PODRÀ RECIBIR LA ATENCIÒN MÉDICA NECESARIA.
21	42192210-001	SILLA DE RUEDAS	MEDTRUE	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	DEZETA S.A.	12%	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DEZETA S.A. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÒN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA DEZETA S.A.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC.
22	42171910-001	CAJA DE SEPARADORES	B BRAUN AESCULAP	ALEMANIA	UNIDAD	UNIDAD	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY	-17%	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÒN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC.
23	42192104-002	TABURETE DE METAL	ESTRELLA	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	ARGON S.R.L.	65%	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L., PERO SE VERIFICA QUE EL PRECIO DEL EQUIPO OFERTADO SOBREPASA EL 65% DEL PRECIO REFERENCIAL, **ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA, QUEDANDO DESIERTO ESTE ÍTEM.**

DÈCIMO PRIMERO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, y la oferta evaluada como la más baja, **este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:**

1- ARGON S.R.L.

Item	Código de Catalogo	Descripción	Modelo	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Ofertado (IVA incl.)	Monto Total
1	42222002-001	Bomba de infusión a jeringa	HK-400	Unidad	Unidad	HAWMED	CHINA	5	4.950.000	24.750.000
3	42172101-004	Carro de Paro	CP 03	Unidad	Unidad	ESTRELLA	PARAGUAY	2	4.950.000	9.900.000
7	40161701-001	Centrifuga	PLC 036	Unidad	Unidad	GEMMY	TAIWAN	3	6.833.300	20.499.900
9	41104506-002	Estufa de Esterilización	YCO-N01	Unidad	Unidad	GEMMY	TAIWAN	1	6.499.000	6.499.000

Miguel León
COORDINADOR - UTA

Abog. Cristian O. Orso C.
ABOGADO
MSP y B.S. - D.O.C.

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

13	42181904-002	Monitor Multiparametrico	IM 8B	Unidad	Unidad	EDAN	CHINA	6	18.650.000	111.900.000
18	42181515-007	Riñonera medida 30 cms.		Unidad	Unidad	FAMIITA	BRASIL	10	59.849	598.490
19	42181801-001	Oximetro de pulso adulto	H100B	Unidad	Unidad	EDAN	CHINA	4	2.932.475	11.729.900
20	42181801-001	Oximetro de pulso pediatrico	H100B	Unidad	Unidad	EDAN	CHINA	4	2.749.975	10.999.900
TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR: GUARANÍES CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA.-										**196.877.190**

2- DEZETA S.A.

Item	Código de Catalogo	Descripción	Modelo	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Ofertado (IVA incl.)	Monto Total
4	42201503-004	Chasis con pantalla reforzadora radiologico medida 35*35	MT 01002C60	Unidad	Unidad	MEDTRUE	CHINA	3	990.000	2.970.000
5	42201503-004	Chasis con pantalla reforzadora radiologico medida 35*43	MT 01002C60	Unidad	Unidad	MEDTRUE	CHINA	3	1.100.000	3.300.000
15	42203702-001	Procesadora automatica de placas radiograficas	Ecomax	Unidad	Unidad	PROTEC	ALEMANIA	1	23.100.000	23.100.000
21	42192210-001	Silla de Ruedas	MT 0503008	Unidad	Unidad	MEDTRUE	CHINA	5	525.000	2.625.000
TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR: GUARANÍES TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL.-										**31.995.000**

3- JACK FACK S.R.L.

Item	Código de Catalogo	Descripción	Modelo	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Ofertado (IVA incl.)	Monto Total
8	42204202-002	Delantales de plomo para protección radiologica		Unidad	Unidad	KIRAN	INDIA	3	1.309.000	3.927.000
TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR: GUARANÍES TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE MIL.-										**3.927.000**

Coordinador R-UTA

Abog. Christian E. Ríos C.
ABOGADO
M.S.P. y B.S. - D.O.C.

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

4- INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

Item	Código de Catalogo	Descripción	Modelo	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Ofertado (IVA incl.)	Monto Total
10	42191709-003	Flujometro	Sistema Francés	Unidad	Unidad	AMVEX	CANADA	7	418.000	2.926.000
12	42191709-006	Regulador de vacio		Unidad	Unidad	GCE	REP. CHECA	14	1.265.000	17.710.000
14	42191705-001	Panel de alarma visual y acustico para gas médico		Unidad	Unidad	OHIO	USA	1	11.000.000	11.000.000
TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR: TREIN TA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL.-										31.636.000

5- B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.

Item	Código de Catalogo	Descripción	Modelo	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Ofertado (IVA incl..)	Monto Total
17	42181515-007	Riñonera medida 25 cms		Unidad	Unidad	B BRAUN AESCULAP	ALEMANIA	10	56.841	568.410
22	42171910-001	Caja de Separadores		Unidad	Unidad	B BRAUN AESCULAP	ALEMANIA	1	13.206.079	13.206.079
TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR: TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-										13.774.489

Items Adjudicados por Empresa:

EMPRESAS	ITEMS ADJUDICADOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1. ARGON S.R.L.	1	5	4.950.000	24.750.000
	3	2	4.950.000	9.900.000
	7	3	6.833.300	20.499.900
	9	1	6.499.000	6.499.000
	13	6	18.650.000	111.900.000
	18	10	59.849	598.490
	19	4	2.932.475	11.729.900
	20	4	2.749.975	10.999.900
2. DEZETA S.A.	4	3	990.000	2.970.000
	5	3	1.100.000	3.300.000
	15	1	23.100.000	23.100.000
	21	5	525.000	2.625.000

Miguel León
COORDINADOR - UTA

Abog. Cristian O. Ortiz C.
ABOGADO
M.S.P. y B.S.

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

3. JACK FAK S.R.L.	8	3	1.309.000	3.927.000
4. INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	10	7	418.000	2.926.000
	12	14	1.265.000	17.710.000
	14	1	11.000.000	11.000.000
5. B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	17	10	56.841	568.410
	22	1	13.206.079	13.206.079
MONTO TOTAL A ADJUDICAR (IVA INCLUIDO)				278.209.679
ITEMS DECLARADOS DESIERTOS: 02; 06;11;16;23.-				

MONTO TOTAL: **DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE.**

DECIMO SEGUNDO: Items declarados **DESIERTOS**: 02; 06; 11; 16; 23.-

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) tresejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

ANEXOS:

1- Informe Técnico, mencionado en el Punto NOVENO de este Informe de Evaluación.
2- Cuadro Comparativo de Ofertas de todas las empresas ofertantes en la presente Licitación.

SR. MIGUEL LEÓN.
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

SR. ADOLFO MALDONADO.
DIRECCIÓN DE BIOMÉDICA – DGGIES

ABG. CHRISTIAN RIOS CUEVAS.
ASESORIA JURIDICA – D.G.O.C.

SR. ELISEO GONZALEZ.
JEFE DE BIOMÉDICA DEL IMT