Minga Guazú, 20 de Noviembre de 2012

Informe de Evaluación

Se procede al estudio de las ofertas y recomendación de adjudicación dentro del marco del Proceso de Contratación y atendiendo a lo dispuesto en el Art. 26, 27 de la Ley 2051/03.

1. **Datos del Llamado:**
   a. Número del PAC : **245851**
   b. Número del Llamado : **Nº 28/2012**
   c. Nombre del Llamado : **Adquisición de Estufa para Esterilización**
   d. Modalidad : **Contratación Directa**

2. **Acto de Apertura de Sobre:** Se procedió a la apertura de sobre a la cual fueron invitadas en tiempo y forma a los oferentes, y donde se han presentado las siguientes empresas:
   - **GBO MEDICAL – IRIS POSADA** con RUC Nº 4601610-4
   - **CHARPENTIER SRL** con RUC Nº 80013232-7
   - **CIENTÍFICA MILAN SRL** con RUC Nº 80026324-3

3. **Documentos Presentados:**

Descripción	GBO MEDICAL – IRIS POSADA		CHARPENTIER SRL		CIENTÍFICA MILAN SRL	
	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
a) El Formulario de oferta	X	_	X	_	X	_
b) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta	Activo	_	Activo	_	Activo	_
c) Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC)	Activo	_	Activo	_	Activo	_
d) Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta y/o Certificado de Cumplimiento Tributario.	Activo	_	Activo	_	Activo	_
e) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente	Activo	_	Activo	_	Activo	_
f) Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica)	_	_	Activo	_	Activo	_
g) Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio)	Activo	_	Activo	_	_	_
h) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas	X	_	Activo	_	Activo	_
i) Carta compromiso	X		X		X	_
j) Declaración Jurada del Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia	X		Activo	_	Activo	_
k) Constancia del **(SIPE)** Sistema de Información de Proveedores del Estado	X	_	Activo	_	X	_
Observaciones:		_		_		_

4. **Cuadro Comparativo**
   Anexo I

5. **Evaluación Económica y Técnica:** Al realizar la verificación de las ofertas presentadas por los oferentes, se recomienda lo siguiente:

Km. 16 Acaray, Avda. Mcal. López entre Mcal. Estigarribia y Padre Moleón
Minga Guazú – Paraguay

Telefax: (0644) 21290/21210 -Web: facisaune.edu.py
E-mail: unefacisa@yahoo.com.ar; facisauoc2@hotmail.com

Anexo II

Que, conforme a los Criterios de Adjudicación del presente llamado, la adjudicación recaerá en el oferente cuya oferta cumpla con las condiciones legales y técnicas, tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para la realización del servicio o bien requerido; y presente el precio total evaluado como el más bajo hasta la disponibilidad presupuestaria.

6. **Normativa Legal:** Lo dispuesto en el Art. 34 inc. "c" de la Ley 2051/03, contando con el mínimo de ofertas según lo requerido por la ley se recomienda proceder a la contratación directa, y; cumplido con los requisitos exigidos en las Leyes 2051/03 y 3439/07 de Contrataciones Públicas en cuanto a los principios mencionados en el Art. 4° Principios Generales y el Art. 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y lo dispuesto el Art. 28 de la Ley.

7. **Recomendación:** Teniendo en cuenta las disposiciones legales mencionadas, esta Unidad Operativa de Contrataciones recomienda adjudicar Bajo la Responsabilidad de la Máxima Autoridad el llamado a Contratación Directa **N° 28/2012 Adquisición de Estufa para Esterilización - ID N° 245851,** *según el siguiente detalle:*

Cuadro de Precios Adjudicados

Empresa Adjudicada: **CIENTÍFICA MILAN SRL**

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Proc.	Unid. Med.	Pres.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	41104506-002	Estufa para Esterilización. Capacidad mínima de 40 litros. Temperatura de trabajo de 200°C hasta 300°C. Tensión 220 Volt. Estructura de Chapa de Acero Inoxidable revestida en epoxi electrostático. Garantía de 1 Año. Manual y Asesoramiento Técnico por el mismo periodo de garantía.	Quimis **Q317M-23**	Br	Uni	Uni	1	4.829.000	4.829.000
							Total		**4.829.000**

Rubro 530 - Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores FF 30 – Recursos Institucionales

El monto a ser suscripto con la empresa, es como sigue:

- **CIENTÍFICA MILAN SRL** será la suma de Gs. **4.829.000** (Guaraníes cuatro millones ochocientos veinte y nueve mil).

Salvo mejor parecer del Señor Decano.

José Luis M. Ferreira Galeano
Comité Evaluador

Lic. Cynthia M. Vázquez V.
Responsable de UOC

Km. 16 Acaray, Avda. Mcal. López entre Mcal. Estigarribia y Padre Moleón
Minga Guazú – Paraguay

Telefax: (0644) 21290/21210 -Web: facisaune.edu.py
E-mail: unefacisa@yahoo.com.ar; facisauoc2@hotmail.com

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ANEXO I

ítems	Código de Catálogo	DESCRIPCION	GBO MEDICAL – Iris Posada					Charpentier SRL					Científica Milan SRL				
			Marca	Proc.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	41104506-002	Estufa para Esterilización. Capacidad mínima de 40 litros. Temperatura de trabajo de 200°C hasta 300°C. Tensión 220 Volt. Estructura de Chapa de Acero Inoxidable revestida en epoxi electrostático. Garantía de 1 Año. Manual y Asesoramiento Técnico por el mismo periodo de garantía.	FAC	ARG	1	9.883.550	9.883.550	Quimis	Br	1	7.750.000	7.750.000	Quimis	Br	1	4.829.000	4.829.000
						Total	9.883.550				Total	7.750.000				Total	4.829.000

Tec. José L. Ferreira G.
Asistente U.O.C.
FACISA UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE Facultad Ciencias de la Salud U.O.C. Minga Guazú - Paraguay

Lic Cynthia M. Vázquez V.
Responsable UOC
FACISA - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CUADRO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

ANEXO II

Ítems	Código de Catálogo	DESCRIPCION	GBO MEDICAL – Iris Posada		Charpentier SRL		Científica Milan SRL	
			Especificaciones Técnicas Requeridas	Relación Costo Beneficio	Especificaciones Técnicas Requeridas	Relación Costo Beneficio	Especificaciones Técnicas Requeridas	Relación Costo Beneficio
1	41104506-002	Estufa para Esterilización. Capacidad mínima de 40 litros. Temperatura de trabajo de 200°C hasta 300°C. Tensión 220 Volt. Estructura de Chapa de Acero Inoxidable revestida en epoxi electrostático. Garantía de 1 Año. Manual y Asesoramiento Técnico por el mismo periodo de garantía.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Tec. José L. Ferreira G.
Asistente U.O.C.
FACISA UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Facultad Ciencias de la Salud
U.O.C.

Lic. Cynthia M. Vázquez V.
Responsable UOC
FACISA - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Cuadro de Precios Adjudicados

Empresa Adjudicada: **CIENTÍFICA MILAN SRL**

Item	Codigo Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	41104506-002	Estufa para Esterilización. Capacidad mínima de 40 litros. Temperatura de trabajo de 200ºC hasta 300ºC. Tensión 220 Volt. Estructura de Chapa de Acero Inoxidable revestida en epoxi electrostático. Garantía de 1 Año. Manual y Asesoramiento Técnico por el mismo periodo de garantía.	Quimis Q317M-23	Br	Uni	Uni	1	4.829.000	4.829.000
								Total	**4.829.000**

Tec. José L. Ferreira G.
Asistente U.O.C.
FACISA UNE

Lic Cynthia M. Vázquez V.
Responsable UOC
FACISA - UNE